

Gaby: Integrar en exp.



GOBIERNO DE
MÉXICO



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
C.M.N.O. U.M.A.E.
OFICINA DE ADQUISICIONES
D. Misión de Ingeniería Biomédica
UMAE Hospital de Especialidades CAMINO

RECIBIDO
18 JUL 2024
Case 14-00

Ing. Adrián Alonso Castillo García
Jefe del Departamento de Abasto.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

DIB/266/2024
Guadalajara Jalisco, 18 de Julio del 2024



Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la Adjudicación AA-50- GYR-050GYR020-T-152-2024 para la adquisición de consumibles de equipo médico lo anterior bajo estricto apego a bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

1.- equipo de plasmaferesis

Clave SAI: 379.327.1960.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características equipo de plasmaferesis compuesto de: solución anticoagulante de citrato de sodio usp (750ml), doble aguja 16 g para coleccion y proceso de 2 unidades de 500 ml, 2 contenedores de plastico, cada uno con 50 ml de anticoagulante citratode sodio usp
Equipo asociado para su uso: Equipo de plasmaferesis con interface automático de manejo AIM. sistema touch screen de control plegable, equipo móvil con pedal único de aseguramiento, con IV telescópica, peso no superior a 92 kg, interfaz gráfica de usuario GUI, sistema de sellado seguro. El equipo deberá encontrarse en estado funcional, el cual no deberá de tener más de 10 años de antigüedad.

Participante.

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

-La oferta NO muestra evidencia documental de que el equipo Medico asociado de plasmaferes no deberá de tener más de 10 años de antigüedad.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0.2

Cumplimiento de contratos: 0.2

Total de puntuación: 0.4/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen NO Aprobado.**

2.- cuchillas desechables

Clave SAI: 379 251 0079 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características cuchillas desechables de alto perfil. presentacion: caja con 50 piezas. numerode catalogo: 000000-0415-345. para su uso en el equipo medico: clave533.631.0106.01.01 microtomo para cortes de parafina. marca: carl zeiss.modelo: hyrax m25.

Participante. Juan Pablo Orozco Escobedo

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado.**

3.- cuchillas desechables de bajo perfil

Clave SAI: 379 251 0095 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características cuchillas desechables de bajo perfil. fabricadas en acero inoxidable.dimensiones: 80 mm de largo x 8 mm de alto y 0.25 mm de grosor. presentacion:caja con 50 piezas. numero de catalogo: 14035838925. para su uso en el equipo:microtomo para cortes de parafina. clave: 533.631.0106. marca: leica. modelo:rm2245.

Participante. Juan Pablo Orozco Escobedo

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado.**



GOBIERNO DE
MÉXICO



Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE
"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Álvaro Verduzco Correa,
Jefe de División de Ingeniería Biomédica,
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

