

Gaby: Integrar en Exp.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



División de Ingeniería Biomédica  
UMAE Hospital de Especialidades CMNO

DIB/268/2024  
Guadalajara Jalisco, 29 de Julio del 2024

Ing. Adrián Alonso Castillo García  
Jefe del Departamento de Abasto.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la Adjudicación AA-50- GYR-050GYR020-T-158-2024 para la adquisición de consumibles de equipo médico lo anterior bajo estricto apego a bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

1.- equipo de plasmaferesis

Clave SAI: 379.327.1960.00.01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características** equipo de plasmaferesis compuesto de: solución anticoagulante de citrato de sodio usp (750ml), doble aguja 16 g para coleccion y proceso de 2 unidades de 500 ml, 2 contenedores de plastico, cada uno con 50 ml de anticoagulante citratode sodio usp

Equipo asociado para su uso: Equipo de plasmaferesis con interface automático de manejo AIM, sistema touch screen de control plegable, equipo móvil con pedal único de aseguramiento, con IV telescópica, peso no superior a 92 kg, interfaz gráfica de usuario GUI, sistema de sellado seguro. El equipo deberá encontrarse en estado funcional, el cual no deberá de tener más de 10 años de antigüedad.

1.-Participante. Biodist S.A. de C.V

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0;** La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

**Experiencia y capacidad del licitante: 0.2**

**Cumplimiento de contratos: 0.2**

Total de puntuación: 49.6/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado.**

2.-Participante. Genesis Healthcare Advisers, S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0;** La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.


**Experiencia y capacidad del licitante: 0.2**

**Cumplimiento de contratos: 0.2**

Total de puntuación: 49.6/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado.**

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE  
"Seguridad y Solidaridad Social"

  
Ing. Álvaro Verduzco Correa  
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

