



RECIBIDO



DIB/205/2024
Guadalajara Jalisco, 11 de Junio del 2024

Ing. Adrián Alonso Castillo García
Jefe del Departamento de Abasto.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la Adjudicación LA-50- GYR-050GYR020-T-75-2024 para la adquisición de consumibles de equipo médico lo anterior bajo estricto apego a bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

1.- circuito desechable

Clave SAI: 379 200 3422 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: circuito desechable pediátrico/adulto, con cable calefactor en ambas ramas, ramainspiratoria con microcell y exhalatoria de material evaqua, incluye filtrovirico/bacteriano exhalatorio, presentación: caja con 10, numero de catalogo:rt380, para su uso en el equipo: humidificador con calefaccion, clave:531.480.0128, marca: fisher & paykel, modelo: mr 850.

a.- Participante. Eduardo Chavez Rivera

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- No presenta carta de Fabricante (Fisher & Pykel) o de distribuidor primario según le registro sanitario Vigente 1260E2018SSA, en su lugar presenta carta de apoyo de la "compañía universo medico 2000" la cual NO se encuentra en el listado de distribuidores del registro sanitario emitido por la COFEPRIS.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto. (resulta necesario que los licitantes acrediten que han realizado la entrega de los bienes objeto de la presente contratación con características iguales o superiores a las requeridas en la presente convocatoria. Lo anterior según el anexo de puntos y porcentajes)

Cumplimiento de contratos: 0.1;

Total de puntuación: 0.1/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen NO Aprobado.**

b.- Participante. Comercializadora Medica Integral S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0.1

Cumplimiento de contratos: 0.1

Total de puntuación: 49.5/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

c.- Participante. Hospitcnica S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta técnica No oferta numero de catalogo: rt380 solicitado, en su lugar oferta el 2026310.
- La propuesta técnica No oferta caja con 10 unidades, en su lugar oferta caja con 7/6.
- La propuesta técnica No muestra información documental que indique que la rama inspiratoria este con microcell y la exhalatoria de material evaqua.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen NO Aprobado**

2.- circuito para alto flujo

Clave SAI: 379 200 3471 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: circuito para alto flujo con camara y valvula de alivio de presion con puerto de monitoreo de presion y oxigeno reduccion de condensacion alambre calefactor compatible con canulas optiflow jr, presentación: caja con 10 piezas marca: fisher & paykel modelo: circuito: 900pt501 canula: opt944



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Participante. Comercializadora Medica Integral S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0.1; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0.1; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.5/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

4.- cateter de doble lumen para hemodialisis

Clave SAI: 379 171 0803 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: cateter de doble lumen para hemodialisis con equipo de insercion. cateter mahurear 11.5 french x 19 cm extensiones curvas. presentacion: pieza. numero de catalogo: 8813793-013. para su uso en el equipo: clave 531 340 0169 unidad de

a.- Participante. Korallmedics S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado (en segundo lugar según el criterio de Puntos y Porcentajes)**

b.-Participante. Juan Pablo Orozco Escobedo.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado (en primer lugar según el criterio de Puntos y Porcentajes)**

9.- juego desechable para gastrostomía

Clave SAI: 379 561 1189 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: juego desechable para gastrostomía endoscopica percutanea, tecnica de traccion "flow/peg", incluye: sonda de alimentacion de silicon, diametro: 24 fr; bandeja de preparacion, guia de insercion, dispositivo de fijacion, aguja.

Participante. Juan Pablo Orozco Escobedo.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

10.- inyectores esteriles.

Clave SAI: 379 436 0226 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: inyectores esteriles. longitud util 165 cm. calibre/longitud 23/4 mm. tamaño mínimo de canal 2.8 mm. compatibilidad con. sil. presentacion: caja con 6. numero de catalogo: mm-2001-0423. accesorio para equipo: videoendoscopio

Participante. Juan Pablo Orozco Escobedo.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

11.- rollo de manguera para succion

Clave SAI: 379 604 0685 00 01





GOBIERNO DE
MÉXICO



Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: rollo de manguera para succion de 9.5 mm diametro interior. presentacion: rollo 30 metros. numero de catalogo: vac3/8. para su uso en el equipo: clave 531.423.0052 flujometro de pared. marca: aga. modelo: mc.

a.-Participante. Jorge Alberto Coronado Mota

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: **49.2/50**, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado (en tercer lugar según el criterio de Puntos y Porcentajes)**

b.-Participante. Mira de Occidente S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0.1

Cumplimiento de contratos: 0.1

Total de puntuación: **49.5/50**, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado (en primer lugar según el criterio de Puntos y Porcentajes)**

c.-Participante. Juan Pablo Orosco Escobedo

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: **49.3/50**, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado (en segundo lugar según el criterio de Puntos y Porcentajes)**

12.- kit para transductor de presión arterial invasiva

Clave SAI: 379 561 3540 00 00

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: kit para transductor de presión arterial invasiva, sencillo desechable, para paciente adulto. cuenta con dispositivo de flujo con válvula interna de 3mm por hora, protector de humedad en conexión, extensión de presión de 122 cm y dos llaves de 3 vías. domo para transductor. american edwards laboratories. modelo= 57-gd. 260.

a.- Participante. Abastecedor Terapéutico S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta técnica No oferta lo solicitado en las bases de licitación, en el anexo técnico 4B renglón 12; domo para transductor. american edwards laboratories. modelo= 57-gd. 260.

- La propuesta técnica No oferta lo solicitado en el requerimiento de las bases de licitación; extensión de presión de 122 cm en su lugar oferta 213 cm (folletos propuesta técnica.)

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0.1

Total de puntuación: **0.2/50**, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen NO Aprobado**

b.- Participante. Cardiopace S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0.1



Total de puntuación: 49.4/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

13.- sensor "flotrac"

Clave SAI: 379 808 4905 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: sensor "flotrac" con linea de presion de 60 pulgadas (152 cm), para el monitoreo hemodinamico de minima invasion. presentacion: pieza. numero de catalogo: mhd6. para uso en el equipo medico: monitor de signos vitales. con

Participante. Cardiopace S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0.1

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0.1

Total de puntuación: 49.4/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

15.- aposito de espuma de alochol

Clave SAI: 379 561 3763 00 00

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: aposito de espuma de alochol polivinilico (pva) dimensiones 10 cm x 15 cm x0.9 cm presentacion caja con 10 piezas. numero de catalogo :66801788. para uso en el equipo: equipo para terapia de heridas con presion negativa. elave 531.357.0011 marca smith & nephew modelo renasys ez plus/ renasys go/ renasys touch/ renasys.

Participante. Medical Recovery S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

16.- paquete mediano

Clave SAI: 379 561 1957 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: paquete mediano: incluye una espuma de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 20cm x 12.5cm x 3cm, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un aposito de marco de ventana para fijación, con dos películas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua. presentacion: paquete. número de catalogo:66800795. para su uso en el equipo médico: clave 531.357.0011 equipo para terapia de heridas con presión negativa. marca smith & nephew. modelo: renasys ez plus 66800697 renasys touch

Participante. Medical Recovery S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

17.- puerto de succion

Clave SAI: 379 360 3493 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: puerto de succion suave renasys ez plus o renasys go de color blanco con unico sistema capaz de eliminar el exudado y aplicar presion negativa en la herida bajo compresion directa, con estructura interior en forma de arco que da consistencia al drenaje y evita que se obstruya. a prueba de pliegues y torsiones, con via de aireacion compuesta por espuma de poliuretano. presentacion :pieza numero de catalogo 66800799. para su uso con el equipo medico : clave 531 357 0011 equipo para terapia de heridas con presion negativa. marca smith & nephew. modelo renasys touch

Participante. Medical Recovery S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



18.- esponja abdominal

Clave SAI: 379 328 0433 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: esponja abdominal para terapia de presión negativa, que incluye: dos bloques de espuma de poliuretano reticulado hidrofóbico con dimensiones de 43 cmx 30cm x 3 cm que incorporan

perforada y pre-formada para facilitar la adecuación al tamaño, una capa protectora de organos de poliuretano con medida de 89 cm x 66cm que protege el funcionamiento de organos abdominales de manera normal, unpuerto suave de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión con medida de 69 cm de largo y cabezal de 15 cm x 10 cm para mejor fijación, con seis películas transparentes de 20 cmx 30 cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua, campos quirúrgicos con alta transmisión de vapor de agua, para ser usado con sistemas renasys ez plus, presentación: paquete, número de catalogo: 66800980, para su uso en el equipo: equipo para terapia de heridas con presión negativa, clave: 531.357.0011, marca: smith & nephew, modelo: renasys touch

Participante: Medical Recovery S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: **49.2/50**, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

19.- deposito de 800

Clave SAI: 379 274 0064 00 00

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: deposito de 800 ml con solidificador, presentacion: caja con 5 piezas, numero de cataloco: 66801274, para su uso en el equipo: equipo para terapia de heridas con presion negativa, clave:

marca: smith & nephew, modelo: renasys touch

Participante: Medical Recovery S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: **49.2/50**, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

20.- paquete grande

Clave SAI: 379 561 1965 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: paquete grande: incluye una espuma de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 25cm x 15cm x 3cm, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un aposito de marco de ventana para fijación, con tres películas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua, presentación: paquete, número de catalaogo:66800796, para su uso en el equipo médico: clave 531.357.0011 equipo para terapia de heridas con presión negativa, marca smith & nephew, modelo: renasys touch

a.- Participante: Medical Recovery S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: **49.2/50**, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

b.-Participante: Promedica Garcia S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta tecnica No oferta lo solicitado en las bases de licitacion; número de catalaogo:66800796, en su lugar oferta el M8275053/10
- La propuesta tecnica No oferta información documental de lo solicitado en las bases de licitacion; de forma rectangular de 25cm x 15cm x 3cm.
- La propuesta tecnica No oferta información documental de lo solicitado en las bases de licitacion; con tres películas transparentes de 20cm x 30cm

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.
Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos $49.2 / 50 =$ **Dictamen NO Aprobado**

21.- deposito de 300 ml

Clave SAI: 379 274 0056 00 00

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: deposito de 300 ml con solidificador. presentacion: caja con 5 piezas. numero de catalogo: 66801273. para su uso en el equipo: equipo para terapia de heridas con presion negativa. clave: marca: smith & nephew. modelo: renasys touch

a.-Participante. Medical Recovery S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos $49.2 / 50 =$ **Dictamen Aprobado**

b.-Participante. Promedica Garcia S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta tecnica No oferta lo solicitado en las bases de licitacion; número de catalaogo: 66801273, en su lugar oferta el M8275058/10
- La propuesta tecnica No oferta lo solicitado en las bases de licitacion; presentacion caja con 5 piezas, en su lugar oferta caja con 10 piezas

Capacidad de Licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Experiencia y capacidad del licitante: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.


Cumplimiento de contratos: 0; La propuesta no presenta evidencia documental de este punto.

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos $49.2 / 50 =$ **Dictamen NO Aprobado**

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE

“Seguridad y Solidaridad Social”



Ing. Álvaro Verduzco Correa,
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.