



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIB/93/2025

Guadalajara Jalisco, 7 de Marzo del 2025

**Ing. Adrián Alonso Castillo García**  
Jefe del Departamento de Abasto.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la Adjudicación de equipo médico AA-050-GYR-050GYR-I-29-2025 lo anterior bajo estricto apego a bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

**1.- Cable troncal**

**Clave SAI:** 526.080.1351.00.01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas:** cable troncal para bis para spm. adulto-niño. presentación: pieza. numero de catalogo: 6800-30-50761. para su uso en el equipo: anestesia intermedia, unidad de. clave: 531.053.0372. marca: penlon. modelo: prima sp2.

**Participante.** Distribuidor de Equipo Médico de Industrial México S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: Aprobada**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**2.- Cable de paciente**

**Clave SAI:** 349.156.9290.00.01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas:** cable de paciente pediátrico adulto para monitoreo de gasto cardiaco icg por bioimpedancia con 6 puntas tipo pinza para colocacion de electrodos y con conector redondo de 8 pines presentacion pieza numero de catalogo m0204006-0807 para su uso en el equipo clave 531.226.0226 computadora para determinar gasto cardiaco por bioimpedancia marca medis modelo nicomo

**Participante.** Distribuidor de Equipo Médico de Industrial México S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: Aprobada**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**3.- Sensor de fibra optica**

**Clave SAI:** 379.808.7221.00.01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características tecnicas** sensor de fibra optica de 35 cm para medicion de saturacion venosa central de o2 (scvo2). presentacion: pieza. numero de catalogo: 040-000920-00. para su uso en el equipo: anestesia de alta especialidad, unidad de. clave: 531.053.0356. marca: mindray. modelo: a5 y a3.

**Participante.** Distribuidor de Equipo Médico de Industrial México S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: Aprobada**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**4.- Sensor de fibra optica**

**Clave SAI:** 379.808.7239.00.01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características tecnicas** sensor de fibra optica de 37 cm para la medicion de saturacion venosa central de o2 (scvo2). presentacion: pieza. numero de catalogo: 040-000919-00. para su uso en el equipo: anestesia de alta especialidad, unidad de. clave: 531.053.0356. marca: mindray. modelo: a5 y a3.

**Participante.** Distribuidor de Equipo Médico de Industrial México S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: Aprobada**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**5.- Modulo optico con sensor de fibra optica**

**Clave SAI:** 526.533.0844.00.01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características tecnicas** modulo optico con sensor de fibra optica de 35 cm para la medicion de saturacion venosa central de o2 (scvo2). presentacion: pieza. numero de catalogo: 115-008293-00. para su uso en el equipo: anestesia de alta especialidad, unidad de. clave: 531.053.0356. marca: mindray. modelo: a5 y a3.

**Participante.** Distribuidor de Equipo Médico de Industrial México S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: Aprobada**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

01





GOBIERNO DE  
MÉXICO



6.- Electrodo percutáneo Parche para Marcapaso.

Clave SAI: 379.682.0136.00.01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas** electrodo percutaneo adulto para marcapaso. presentacion: pieza. numero de catalogo: 0651-30-77007. para su uso en el equipo medico: desfibrilador- monitor-marcapaso. clave: 531.172.0014. marca: mindray. modelo: bencheart d3 y

**Participante.** Distribuidor de Equipo Médico de Industrial México S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: Aprobada**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE  
"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Álvaro Verduzco Correa.  
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.