



ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. **LA-50-GYR-050GYR020-N-31-2025**, QUE EFECTÚA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE PARA LA **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2025**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS **33 Y 33 BIS**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **45 Y 46** DE SU REGLAMENTO.

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **8:30** horas del día **27 de marzo del 2025**, se reunieron en el Departamento de Abastecimiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en la Calle Belisario Domínguez número 1,000, CP. 44340, Colonia Independencia, los servidores públicos, que al final se enlistan, suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional que se menciona en el proemio de esta acta, en cumplimiento a lo establecido en el punto **2.2**. De la Convocatoria.

En uso de la palabra el **Mtro. Jorge Armando Famoso Ávila**, Encargado del Departamento de Abastecimiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, con motivo de la facultad otorgada mediante Oficio de Referencia No. **14ª6031C/ABA/22/007/2025** de fecha **17 de febrero del 2025**, girado por el **Mtro. Luis Medina Maldonado**, en su carácter de Director Administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en el cual se le autoriza para llevar a cabo la conducción de esta etapa del procedimiento licitatorio, de conformidad con el punto **5.3.8** Inciso **C** de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, declaró formalmente iniciado este acto, dejando constancia de la asistencia de los funcionarios y servidores públicos al presente acto, dio la bienvenida a los asistentes; presentando a continuación a los funcionarios y servidores públicos aquí presentes, los cuales son:

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink with 'CUP' written next to it

| Funcionario | Dependencia y Cargo |
|---|--|
| Lic. Cesar Octavio Padilla Chavoya | Encargado de la Oficina de Adquisiciones de la UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente con motivo de la facultad para llevar a cabo la conducción de esta etapa del procedimiento de Adjudicación de conformidad con el numeral 5.3.10 Inciso C de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| Lcp. Ana Gabriela del Real Gómez | Analista Coordinador "C" Adscrito a la Oficina de Adquisiciones de la UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente. |
| Ing. José Ramón Ibarra Martínez | Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales de la UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente. |





| | |
|-------------------------------------|--|
| Lic. Luis Enrique Gutiérrez Valadez | Auditor del Área de Auditoria Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS. |
|-------------------------------------|--|

Como antecedente de este Acto, se señala que esta convocante suspendió la sesión debido al volumen de preguntas recibidas el día **25 de marzo del 2025** en punto de las **08:30** horas en el sistema electrónico de compras gubernamentales CompraNet del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. **LA-50-GYR-050GYR020-N-31-2025**, de conformidad a lo establecido en el artículo **46 fracción II** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo reanudada para dar contestación a las mismas.

Acto continuo se les hace del conocimiento que los archivos enviados por los licitantes: **ACCUTECH S.A. DE C.V., ADVANCED STERILIZATION S. DE R.L. DE C.V., AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V., AR ELECTROMEDICA S.A. DE C.V., BIOTECNOLOGIA Y COMERCIALIZADORA EN EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V., CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA S.A. DE C.V., GLORIA LEON MURILLO, GRUPO MEDICO GRAMERX S.A. DE C.V., IG INNOVACIONES BIOMEDICAS S.A. DE C.V., INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V., MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V., MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V., NEW PHARMA S.A. DE C.V., ROBERTO ALMANZA VELAZQUEZ y VRYC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.**, fueron depositados en la bóveda del sistema CompraNet con **24 horas** de antelación, tal y como se señala en el artículo **33 Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el numeral **2.2**, de la presente convocatoria.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo **46 fracción II** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto **2.2** de las bases, se procedió a dar lectura a las preguntas recibidas, por medios electrónicos las cuales se transcriben íntegramente con el nombre del licitante que la formula, y su respectiva respuesta.

Licitante: ACCUTECH S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|------------------------|---|---|--|
| 744489 | TÉCNICO | 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS | SE PODRA PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA COFEPRIS | TECNICA: NO SE AUTORIZA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 12 |
| 744493 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 18.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. | SOLICITAMOS QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ANTE EL IMSS SE PUEDA PRESENTAR CON FECHA DE TRES DIAS ANTES DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS TODA VEZ QUE SOLO TIENE UNA VIGENCIA HASTA LAS 12:00 P.M HORA DEL DIA DE LA CONSULTA | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVIA VERIFICACION POR ESTA AREA CONVOCANTE. |

Licitante: ADVANCED STERILIZATION S. DE R.L. DE C.V.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|--|--|---|
| 744833 | TÉCNICO | ANEXO TYC INCISO C, CAPACIDAD DEL LICITANTE, COMPETENCIA | DICE: LOS INGENIEROS RESPONSABLES DEL SERVICIO DEBERÁN DEMOSTRAR QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA QUE OFERTA. (CONTRATO LABORAL CON VIGENCIA MÍNIMA DE UN AÑO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA CUBRIR ESTE PUNTO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE SE EXPRESE QUE LOS INGENIEROS RESPONSABLES DEL SERVICIO SE ENCUENTRAN CONTRATADOS POR ADVANCED STERILIZATION S. DE R.L. DE C.V. CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE UN AÑO. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1 |
| 744846 | TÉCNICO | NUMERAL 7 SUBNUMERAL 7.2 VIGENCIA | DICE: LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SERÁ DEL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE MODIFICAR LA VIGENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL DÍA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANERA OPORTUNA Y ASEGURANDO LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA 5. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.2 |

Licitante: AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|---|---|---|
| 744392 | TÉCNICO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA | DICE: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA COPIA DE LOS MANUALES DE SERVICIO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO CON UNA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO CUANDO MENOS DE LOS REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS AUTORICE ADJUNTAR ÚNICAMENTE LA CARÁTULA DE LOS MANUALES, DONDE SE VEA LA MARCA Y EL MODELO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, Y QUE EL MANUAL COMPLETO SEA ENTREGADO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. ESTO CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA CARGA EN LA PLATAFORMA COMPRANET, YA QUE EL TAMAÑO DEL ARCHIVO COMPLETO DIFICULTA SU SUBIDA. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: NO SE AUTORIZA, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 9.1, ANEXO 4A, ANEXO 4B. |



| | | | | |
|--------|---------|---|---|---|
| 744393 | TÉCNICO | 6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS | DICE: "EXPERIENCIA DEL LICITANTE: 6 PUNTOS MÁXIMOS." SE ENTIENDE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR CARÁTULA DEL CONTRATO DE SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS, HOJA DE LA CLÁUSULA DONDE SE ESPECIFIQUE EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y HOJA DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIO O FACTURAS O ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN. ¿ES CORRECTO? | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1 |
| 744394 | TÉCNICO | 7.3.- CLAUSULAS DE CALIDAD: | DICE: "EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD Y VIGENCIA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS, LO CUAL SE REALIZARÁ EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30 HRS." DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN SE ENCUENTRAN CONSTANTEMENTE EN CAMPO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO. BASTARÁ CON PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, ASÍ COMO EL CERTIFICADO ORIGINAL PARA SU COTEJO. ¿ES CORRECTO? | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.3 |

Licitante: AR ELECTROMEDICA S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|--|---|--|
| 744462 | TÉCNICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: TIENE POR OBJETO LA ELIMINACIÓN DE FALLAS Y/O DAÑOS QU | SE DEBERÁN DE CONSIDERAR LAS REFACCIONES DE ALTO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESPECÍFICO PARA LA PARTIDA 16 DEL ANEXO 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PROCESADORES MARCA CARESTREAM. COMO ES EL TUBO DE RX Y EL DETECTOR DE IMAGEN LO QUE INCREMENTARIA DEMASIADO LA PROPUESTA ECONOMICA | TECNICA: EN LA PROPUESTA ECONOMICA DE ESTA PARTIDA NO SE DEBERA CONSIDERAR EL TUBO DE RAYOS X NI EL DETECTOR DE IMAGEN. |

Licitante: BIOTECNOLOGIA Y COMERCIALIZADORA EN EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|----------------------------|---|---|
| 744067 | TÉCNICO | APENDICE 4 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN CASO QUE UN EQUIPO SE CUENTRE FUERA DE SERVICIO Y REQUIERA REFACCIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO QUE PROCEDE, YA QUE EN ESTA CONVOCATORIA NO ANEXAN LISTADO DE REFACCIONES CORRECTIVAS A COTIZAR | TECNICA: TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO ACTUALMENTE, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. |





Table with 5 columns: ID de la pregunta, Tipo de aclaración, Sección de la convocatoria, Aclaración, and Respuesta. It contains five rows of questions and answers regarding technical specifications for maintenance services.

Licitante: CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA S.A. DE C.V.

Summary table with 5 columns: ID de la pregunta, Tipo de aclaración, Sección de la convocatoria, Aclaración, and Respuesta.



Handwritten blue ink signatures and initials on the right side of the page.



| | | | | |
|--------|---------|--|---|---|
| 744284 | TÉCNICO | 9.1 PROPUESTAS TECNICA INCISO C | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. DEBIDO A QUE, LAS OPINIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RELATIVAS A LAS APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN. |
| 744287 | TÉCNICO | ANEXO TECNICO INCISO B | PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO B) CALIDAD DEL ANEXO TÉCNICO LOS LICITANTES DEBEREMOS PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES LOS CUALES DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | TECNICA: SI ES CORRECTA SU APRECIACION. EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO B QUE A LA LETRA DICE: EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD Y VIGENCIA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS, LO CUAL SE REALIZARA EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30, Y EN LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA, LO CERTIFICADOS DE CALIBRACION VIGENTES. |
| 744302 | TÉCNICO | 9.1 PROPUESTAS TECNICA INCISO C | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS CON FECHA 3 DÍAS ANTERIOR A LA APERTURA, ¿SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVIA VERIFICACION POR ESTA AREA CONVOCANTE. |
| 744303 | TÉCNICO | ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 5, MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CON RELACIÓN AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO QUE LAS REFACCIONES DE ALTO COSTO, COMO SON FUENTES, TURBINAS, PANTALLAS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS, SE COTIZARAN A PARTE? | TECNICA: EL LICITANTE DE BERA DE INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES EN LA PROPUESTA, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN PARTIDAS ESPECIFICAS. DE ACUERDO CON EL NUMERAL 7.3, CLAUSULAS DE CALIDAD-MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ANEXO 4A, ANEXO 4B. |
| 744305 | TÉCNICO | 6.1 APERTURA DE LAS PROPOSICIONES | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO QUE TODOS LOS ANEXOS Y CARTAS DEBERAN IR DIRIGIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCION DE PRESTACIONES MÉDICAS UNIDAD DE ATENCION MÉDICA COORDINACION DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD U. M. A. E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C. M. N. O. DIRECCION ADMINISTRATIVA | TECNICA: EN ATENCION A SU SOLICITUD DE MANERA OPTATIVA, NO LIMITATIVA, SE MENCIONA QUE LOS ANEXOS Y CARTAS DEBERAN IR DIRIGIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL U. M. A. E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C. M. N. O. DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE ADQUISICIONES |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Licitante: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 744385 | OTROS | SIN SECCION | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INFORMAR EL ESTADO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA; SI SE ENCUENTRAN FUNCIONALES Y COMPLETOS AL 100%? | TECNICA: TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO ACTUALMENTE. |
| 744386 | OTROS | SIN SECCION | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INFORMAR CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR ALGUNA PIEZA FALTANTE INDISPENSABLE PARA EL FUNICIONAMIENTO DEL EQUIPOS CUYO HALLAZGO SUCEDA AL LLEGAR AL EQUIPO EN CUESTION? | TECNICA: TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO ACTUALMENTE. |
| 744387 | TÉCNICO | 9.1 PROPUESTA TECNICA INCISO B) | "DICE: DEBERÁ PRESENTAR UNA COPIA DE LOS MANUALES DE SERVICIO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO (PDF) CON UNA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO CUANDO MENOS DE LO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE A QUE LA PRESENTACION DEL MANUAL DEBE SER SOLAMENTE DE LO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO." | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.3, ANEXO 4A. |
| 744388 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 8.1 CANJE DEVOLUCION, 2DO PARRAFO | "DICE: EL PRESTADOR DEL SERVICIO PROPORCIONARÁ TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS CUALES INCLUYEN TODAS LAS PARTES, ELEMENTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES ORIGINALES DE LA MARCA QUE SE REQUIERAN EN REFERENCIA AL ANEXO TÉCNICO DE CADA PARTIDA. PARA LAS PARTIDAS 1, 23, 24 Y 26 LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE PROCESO SON PROCEDENTES DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA, ENTONCES ENTENDEMOS QUE LAS REFACCIONES PARA PODER SER ORIGINALES DEBERIAN SER DE LA MISMA PROCEDENCIA. ¿ES CORRECTO?" | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.3, ANEXO 4A |
| 744389 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1 PROPUESTA TECNICA INCISO K) | "DICE: ESCRITO DEL LICITANTE QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES CON LOS QUE EFECTUARÁ EL SERVICIO, SERÁN DE PROCEDENCIA NACIONAL Y DE LOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CUENTAN CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE CONFORME AL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE), DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LAS PARTIDAS 1, 23, 24 Y 26 LOS | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.3, ANEXO 4A |



| | | | | |
|--------|---------|--|---|--|
| | | | EQUIPOS OBJETO DE ESTE PROCESO SON PROCEDENTES DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO INDICANDO LA PROCEDENCIA SOLAMENTE, YA QUE NO SON NACIONALES NI DE UN PAIS CON TRATADOS. ¿ES CORRECTO?" | |
| 744390 | TÉCNICO | "7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD MANTENIMEINTO CORRECTIVO." | <p>"DICE: EN LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDAN CADA REFACCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA ANTES DE INICIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBERÁ PRESENTAR A LA OFICINA DE CONSERVACIÓN ADEMÁS DEL KIT DE MANTENIMIENTO QUE DEBERÁ CAMBIAR O ENTREGAR TAMBIÉN DEBERÁ CAMBIAR O SI ES EL CASO ENTREGAR AL SERVICIO.</p> <p>BATERÍAS PARA CADA CAMA. BATERÍAS, TRANSDUCTORES DE FLUJO, CELDAS DE OXÍGENO PARA CADA MÁQUINA DE ANESTESIA Y VENTILADOR VOLUMÉTRICO EN ESTE ÚLTIMO SI EXISTE. DE SER NECESARIO EL CAMBIO DE TURBINA ESTA SE DEBERÁ REALIZAR DENTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <p>JUEGO DE 5 SIERRAS PARA CADA SIERRA DE ESTEREOTOMÍA. BATERÍAS Y JUEGO DE 10 DERIVACIONES PARA CADA ELECTROCARDIOGRAFO. BATERÍAS, SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, BRAZALETE (MANGUERA Y CONECTORES) PANI, CABLE ECG DE 5 DERIVACIONES, SENSOR DE TEMPERATURA PARA CADA MONITOR DE SIGNOS VITALES. JUEGO DE 5 DERIVACIONES PARA SISTEMA HOLTER. PARA EL ELECTROENCEFALÓGRAFO UN PAQUETE DE ELECTRODOS DE COPA DE ORO, PARA EL ELECTROMIOGRAFO UN ELECTRODO DE BARRA, UN ELECTRODO DE TIERRA, UN ELECTRODO DE ANILLOS, UN ELECTRODO DE SUPERFICIE Y SEIS ELECTRODOS DE COPA. KIT DE ELECTRODOS, CABLES PARA ELECTROTHERAPIA Y ESPONJAS PARA ELECTRODOS PARA EQUIPOS DE ELECTROTHERAPIA Y REHABILITACIÓN. BATERÍAS Y CABLES PARA PACIENTE ECG 3 O 5 DERIVACIONES PARA CADA DESFIBRILADOR. CAMBIO DE FILTROS HEPA DE LAS CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR (1 OCASIÓN, EN EL SEGUNDO MANTENIMIENTO) Y DEBERÁ REALIZAR PRUEBAS DE FLUJO DE AIRE CON ANEMÓMETRO PARA CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR, REALIZAR CALIFICACIÓN DE LAS CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR CON CERTIFICADO TODO ESTO EN EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO. TODO LO ANTERIOR CORRESPONDIENTE</p> | <p>TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p> |

[Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin]



| | | | | |
|--------|------------------------|--|---|---|
| | | | <p>EN REFERENCIA AL MANUAL DEL FABRICANTE DONDE SEÑALA DE ACUERDO A SU ACTIVIDAD EN EL SERVICIO LAS REFACCIONES QUE LO COMPONEN.</p> <p>EN ESTA PUNTO ENTENDEMOS QUE LOS REEMPLAZOS Y/O ENTREGA DE LOS ARTICULOS ANTES MENCIONADOS SERÁN SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO; Y DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO. ¿ES CORRECTO?"</p> | |
| 744391 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | "CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS¿ COMPETENCIA: " | <p>"DICE:... UN MÍNIMO DE 2 (DOS) INGENIEROS Y DEMOSTRAR QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA QUE OFERTA. (CONTRATO LABORAL CON VIGENCIA MÍNIMA DE 1 (UN) AÑO).</p> <p>ENTENDEMOS QUE MENCIONAR LA VIGENCIA SOLO APLICA PARA CONTRATOS FINITOS, EN CASO DE QUE EL PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA LABORA CON CONTRATO INDEFINIDO ESTE ES VALIDO PARA PARA PRESENTACION DE ESTE PUNTO ¿ES CORRECTO?"</p> | <p>TECNICA: ES CORRECTO SU APRECIACION SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATO TENGA POR LO MENOS UNA ANTIGÜEDAD DE UN AÑO.</p> |
| 744406 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1 PROPUESTA TECNICA INCISO Y) | <p>"DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DE REFACCIONES DE DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO MÉDICO DE LA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPE, DONDE DEBE DE ESPECIFICAR EL TIEMPO DE ENTREGA. ANEXO NÚMERO 23 (VEINTITRÉS).</p> <p>ENTENDEMOS QUE CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR QUE DICHAS REFACCIONES SERAN ORIGINALES; EL DOCUMENTO AQUI SOLICITADO DEBE SER EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DE LA MARCA DE LOS EQUIPO OBJETO DE ESTE PROCESO, ESTO, ES ¿CORRECTO?</p> <p>EN CASO DE NO HABER SIDO CORRECTA NUESTRA APRECIACION EN LA PREGUNTA ANTERIOR, SERIA A RAZON QUE PUEDE PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON RESPALDO CONSECUTIVO HASTA FABRICANTE "</p> | <p>TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIENDO LO ESPECIFICADO EN LOS NUMERALES 9.1 ANEXO 4A, 4B</p> |
| 744407 | TÉCNICO | "ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A) INCISO B) PLAZO Y LUGAR DE LA PREST | <p>"DICE: EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, CONFORME A LA FRECUENCIA QUE SE INDICA, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS DESCRITOS Y UBICADOS EN LA UNIDAD COMO A CONTINUACION SE MENCIONA. (DICHO TIEMPO SOLO ABARCA 10 DIAS HABILES)</p> <p>DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SUELEN ESTAR EN FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER INICIAR LOS SERVICIOS 5 DIAS HABILES PREVIOS PARA PODER ENTREGAR LOS SERVICIOS REALIZADOS A</p> | <p>TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN LOS ANEXOS 4A, 4B.</p> |

(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



| | | |
|--|--|--|
| | | ENTERA SATISFACCION EN LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA " |
|--|--|--|

Licitante: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|------------------------|--|--|--|
| 744811 | TÉCNICO | 6.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PUNTOS Y PORCENTAJES | RUBRO 1, CAPACIDAD DEL LICITANTE, CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DE EQUIPAMIENTO, "PRESENTACIÓN FÍSICA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE Y CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICION" FAVOR DE ACLARAR SI EL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS O SOLO PARA LA PARTIDA QUE CONTIENE EQUIPO DE RX | TECNICA: APLICA SOLO PARA LA PARTIDA QUE CONTIENE RX. |
| 744814 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 6.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PUNTOS Y PORCENTAJES | RUBRO 4, CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE PUEDA PRESENTAR CARTA DE CUMPLIMIENTO O CANCELACIÓN DE LA FIANZA O LIBERACIÓN DE LA FIANZA? | TECNICA: EL LICITANTE SE DEBERA APEGAR A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1 |
| 744820 | TÉCNICO | 6.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PUNTOS Y PORCENTAJES | RUBRO 1, CAPACIDAD DEL LICITANTE, CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DE EQUIPAMIENTO, "PRESENTACIÓN FÍSICA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE" ¿ES CORRECTO QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO Y OBTENER LOS 9 PUNTOS SE ADJUNTE EL COMPROBANTE DE LA PRESENTACIÓN DE SIMULADORES QUE SE LLEVARA A CABO 1 DIA ANTES DE LA PRESENTACIÓN? | TECNICA: EL LICITANTE SE DEBERA APEGAR A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1, 7.3 |
| 744821 | TÉCNICO | 6.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PUNTOS Y PORCENTAJES | RUBRO 2, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD ES CORRECTO QUE DE CADA CONTRATO PRESENTADO SE PRESENTEN ORDENES DE SERVICIO O FACTURAS O ACTAS ENTREGA RECEPCION | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1, |
| 744822 | TÉCNICO | 9.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO B PRESENTACIÓN DE MANUALES | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ADJUNTAR UNICAMENTE LA CARATULA DEL MANUAL DONDE SE VEA LA MARCA Y EL MODELO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS., Y QUE EL MANUAL COMPLETO SEA ENTREGADO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. ESTA SOLICITUD ES DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE MARCAS Y MODELOS Y PARA PARA NO GENERAR ARCHIVOS TAN PESADOS QUE AL ADJUNTARLOS EN COMPRANET EL PROCESO NO SEA TAN LENTO., YA QUE LA MAYORÍA DE LOS MANUALES SON DE UN PESO CONSIDERABLE POR LA GRAN CANTIDAD DE HOJAS DE CADA UNO DE ELLOS. FAVOR DE CONCEDER. | TECNICA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 9.1, ANEXO 4A, ANEXO 4B |
| 744823 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO C, OPINION DEL IMSS | DEBIDO A QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) PRESENTA VIGENCIA SOLO DURANTE EL DÍA DE SU EMISIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHA OPINIÓN EXPEDIDA DENTRO DE LOS 2 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, YA QUE SI ESTA SE DESCARGA EL MISMO DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVIA VERIFICACION POR ESTA AREA CONVOCANTE. |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| | | | | |
|--------|------------------------|--|---|--|
| | | | PROPUESTA PUEDE EXISTIR EL RIESGO DE NO PODER CARGAR NUESTRA PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA POR LA PREMURA DE CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE. FAVOR DE CONCEDER | |
| 744825 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO T-ACTA CONSTITUTIVA, INCISO AA-CONTRATOS | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CUANDO UN MISMO REQUISITO SEA SOLICITADO MAS DE UNA VEZ SEA SUFICIENTE PRESENTARLO UNA SOLA VEZ, REFERENCIANDO A QUE PUNTO O PUNTOS SE REFIERE, EJEMPLO ACTA CONSTITUTIVA, CONTRATOS, ACTAS ENTREGA, ETC | LEGAL-ADMINISTRATIVA: ESTA CONVOCANTE ACLARA QUE BASTARA CON QUE SE ANEXE LA INFORMACION REQUERIDA UNA SOLA VEZ, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 744827 | ECONÓMICO | NUMERAL 9.2, ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA | ES CORRECTO QUE SE ELIMINEN LAS PARTIDAS QUE NO SE COTICEN | TECNICA: LA PROPUESTA ECONOMICA DEL PARTICIPANTE SOLO DEBERA CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE DESEA PARTICIPAR |
| 744828 | OTROS | PLATAFORMA COMPRANET, APARTADO "LEGAL-ADMINISTRATIVO" | ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE EN LA PLATAFORMA COMPRANET NO SE ENCUENTRE ENLISTADO CAMPO PARA SUBIR ALGÚN ANEXO O ESCRITO SOLICITADO, SERÁ INDISTINTO AGREGARLO EN CUALQUIERA DE LOS PARÁMETROS CONFIGURADOS PARA LA CARGA? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO PERMITA SER IDENTIFICADO. |
| 744829 | OTROS | PLATAFORMA COMPRANET, APARTADO "TECNICO" | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA FACILITAR LA CARGA DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN COMPRANET SE HABILITE UN PARÁMETRO PARA CADA UNO DE LOS CUATRO RUBROS DE LA MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y DE ESTA FORMA PODER CARGAR DE FORMA ORDENADA Y SEPARADA LO SOLICITADO., YA QUE SOLO SE CUENTA CON 1 PARAMETRO PARA CARGAR DOCUMENTOS | TECNICA: NO ES POSIBLE HABILITAR MAS PARAMETROS EN COMPRANET, LA DOCUMENTACION DEBERA DE SER INTEGRADA EN ARCHIVOS SEPARADOS POR PARTIDA EN LA QUE EL LICITANTE DESEA PARTICIPAR, EN CUALQUIERA DE LOS PARAMETROS QUE HABILITE COMPRANET. |
| 744836 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD | CONOCIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-SSA3-2012 5.1.13 EL PERSONAL QUE OPERA LOS EQUIPOS, DEBE COMPROBAR DOCUMENTALMENTE HABER RECIBIDO CAPACITACIÓN EN EL USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE OPERA, SEGÚN CORRESPONDA. PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO SOLICITAMOS DE PUEDAN ADJUNTAR CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DC3 | TECNICA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.3 |
| 744837 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO R | COPIAS SIMPLES DEL DOCUMENTO DESCRITO EN EL NUMERAL 7.3 FAVOR DE INDICAR QUE SE DEBE DE ADJUNTAR PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR COPIA SIMPLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE MENCIONA EN EL NUMERAL 7.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. |
| 744838 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 12 | INDICA QUE EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 1,5 Y 26 SE DEBERÁ PRESENTAR EVIDENCIA DE CAPACITACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR QUE APLICA ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS CITADAS | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR EVIDENCIA DE CAPACITACION EN ESPECIFICO DE LOS EQUIPOS QUE SE MENCIONAN EN LAS PARTIDAS 1,5 Y 26, CAPACITACION DEL FABRICANTE Ó REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MEXICO. |
| 744839 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 13.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS | ES CORRECTO QUE APLICA PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 13 |

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - A long vertical signature on the right side.
 - Initials 'M' and 'C' on the right side.
 - A large signature 'Carp' at the bottom right.



| | | | | |
|--------|-----------|---|--|--|
| 744840 | TÉCNICO | ANEXO 4 REQUERIMIENTO TODAS LAS PARTIDAS | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO AL 100%. | TECNICA: LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO ACTUALMENTE. |
| 744841 | ECONÓMICO | NUMERAL 9.2, ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA | FAVOR DE ACLARAR CUAL FORMATO SE DEBE DE EMPLEAR YA QUE EN LA CONVOCATORIA APARECE UNO CON 4 COLUMNAS Y EN EL ANEXO 4 PESTAÑA PROPUESTA ECONÓMICA APARECE OTRO CON 10 COLUMNAS | ECONOMICO: EL LICITANTE DEBERA DE UTILIZAR EL QUE SE INDICA COMO ANEXO 10 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA |

Licitante: GLORIA LEON MURILLO

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|--|---|---|
| 744326 | TÉCNICO | 6.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS: COMPETENCIA | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CASO DE DEMOSTRAR QUE LOS INGENIEROS TRABAJAN EN LA EMPRESA NOS PERMITA PRESENTAR SU ALTA ANTE EL IMSS POR LA EMPRESA QUE LO CONTRATO. SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, CON UN ANTIGÜEDAD MINIMA DE UN AÑO. |
| 744349 | TÉCNICO | 6.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LOS PUNTOS Y PORCENTAJES SEA INTEGRADA EN UN ARCHIVO POR PARTIDA. SE ACEPTA? | TECNICA: LA DOCUMENTACION DEBERA DE SER INTEGRADA EN ARCHIVOS SEPARADOS POR PARTIDA EN LA QUE EL LICITANTE DESEA PARTICIPAR. |
| 744351 | TÉCNICO | 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EN EL PARRAFO SEXTO DICE QUE EL PROVEEDOR PRESENTARA MILIOHMETRO, MULTIMETRO, TAQUIMETRO ETC. PARA LAS PARTIDA DE CAMAS. CAMILLAS DE TRASLADO ACLARE SI ES TAQUIMETRO O TORQUIMETRO | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR, MILIOHMETRO, MULTÍMETRO, TORQUIMETRO (RANGO ESPECIFICO) PARA LAS PARTIDAS QUE CONTENGAN: AUTOCLAVES DE ÓXIDO DE ETILENO, CAMAS, CAMILLAS DE TRASLADO DE PACIENTES, TODOS CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES. SI ES NECESARIO PARA LAS PARTIDAS QUE CONTENGAN AUTOCLAVES DE ÓXIDO DE ETILENO, CAMAS, CAMILLAS DE TRASLADO DE PACIENTES. SE ACLARA QUE EN LAS PRESENTES BASES SE MENCIONA TAQUIMETRO, DEBIENDO SER TORQUIMETRO . |

Licitante: GRUPO MEDICO GRAMERX S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|---|---|---|
| 744495 | TÉCNICO | ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A), INCISO C) SUBRRUBRO. DOMINIO | SE MENCIONA LO SIGUIENTE: SE ACREDITA PRESENTANDO CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OFERTADO. ¿ES CORRECTO EN TENDER QUE DICHAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN PODRÁN SER EMITIDAS POR LAS DIVERSAS MARCAS DE EQUIPOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN AFINES A LA PARTIDA OFERTADA? | TECNICA: NO ES CORRECTA SUN APRECIACION EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LAS BASE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1, 7.3, 9.1, ANEXO 4A,4B. |



| | | | | |
|--------|---------|--|--|--|
| 744576 | TÉCNICO | ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A), INCISO C) EVALUACIÓN POR PUNTOS | SE MENCIONA LO SIGUIENTE: PRESENTACION FISICA DE EQUIPOS DE MEDICION CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO (CALIDAD). Y CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR EN ESTA PARTIDA. 9 PUNTOS. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR EN CADA PARTIDA PODRÁN SER EMITIDOS DIRECTAMENTE POR LA MARCA O POR INSTITUCIONES CERTIFICADAS POR LA MARCA PARA REALIZAR DICHAS CAPACITACIONES? FAVOR DE ACLARAR. | TECNICA: NO ES CORRECTA SUN APRECIACION EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LAS BASE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.3, 9.1, |
| 744577 | TÉCNICO | ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A), INCISO C) EVALUACIÓN POR PUNTOS | SE MENCIONA LO SIGUIENTE: PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE LA CARÁTULA DEL CONTRATO DE SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS, HOJA DE LA CLÁUSULA DONDE SE ESPECIFIQUE EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y HOJA DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO, FACTURAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR DICHO PUNTO PODRÁ PRESENTARSE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS TALES COMO CONTRATOS, ÓRDENES DE COMPRA, FACTURAS O ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN? FAVOR DE ACLARAR | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1 |
| 744670 | TÉCNICO | ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A), INCISO D) | REFERENTE AL PUNTO DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA REFERENTE A LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS, O AUTORIZACIONES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN DICHO INCISO SON ADICIONALES A LOS SOLICITADOS EN EL INCISO C) YA QUE, MUCHOS DE LOS DOCUMENTOS SE REPITEN, FAVOR DE ACLARAR SI ES NECESARIO ADJUNTAR DOS VECES LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. | TECNICA: NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. CONFORME A LO SOLICITADO EN CADA NUMERAL, Y CADA INCISO. |
| 744671 | TÉCNICO | ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A), INCISO D) | REFERENTE AL PUNTO DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA REFERENTE A LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS, O AUTORIZACIONES, SOLICITAN LO SIGUIENTE: LICENCIA MUNICIPAL VIGENTE, O PERMISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE DEL USO DE SUELO, EXPEDIDA(S) POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y/O MUNICIPAL DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE LOCALIZADA LA UBICACIÓN DEL LICITANTE. ESTO PARA CONTAR CON LA CERTEZA DE QUE EL PARTICIPANTE LICITANTE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ESTABLECIDO Y REALICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MUNICIPALES. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PODRÁ PRESENTARSE EL REGISTRO COMO PROVEEDORES DEL ESTADO Y LA LICENCIA MUNICIPAL QUE AMPAREN EL GIRO DE PRESTADOR DE SERVICIOS? | TECNICA: LA LICENCIA MUNICIPAL DEBERA INDICAR EN EL GIRO, LA ACTIVIDAD: QUE DEBERA DE ESTAR RELACIONADA CON EL SERVICIO, MANTENIMIENTO O REPARACION, DE EQUIPO MEDICO. |

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cwp



| | | | | |
|--------|---------|--|---|--|
| 744763 | TÉCNICO | ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A), INCISO L) | EN DICHO INCISO SE HACE REFERENCIA A LO SIGUIENTE: CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SE MENCIONA QUE: LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALIZARAN EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EMITIENDO EL IMSS LOS REPORTES DENTRO DE CUALQUIER HORARIO LOS 365 DIAS DEL AÑO Y SERAN ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 1 DIA HABIL, POR LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR UN NUMERO TELEFÓNICO FIJO PARA TAL EFECTO Y UN CORREO ELECTRONICO PARA REPORTES EN DIAS NO HABILES Y FESTIVOS Y CUANDO SE REQUIERA DE REFACCIONES NO INCLUIDAS, EL PROVEEDOR CONTARA CON UN MÁXIMO DE 2 DIAS PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN (SIN COMPROMISO DE COMPRA) Y UNA VEZ AUTORIZADA Y/O SUMINISTRADA POR EL PROVEEDOR Y/O POR EL IMSS, LA CONCLUSION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PODRÁ EXCEDER A 5 DÍAS NATURALES. SOLICITAMOS ACLARAR CUALES SON LAS REFACCIONES QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES EN LA PROPUESTA A MENOS, QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN PARTIDAS ESPECIFICAS, MENCIONADO EN EL NUMERAL 7.3, ANEXO 4A, ANEXO 4B |
| 744764 | TÉCNICO | ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A), INCISO L) | REFERENTE A CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SE MENCIONA LO SIGUIENTE: INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA Y TODAS LA REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A EXCEPCION DE CUALQUIER DAÑO OCASIONADO POR USO INDEBIDO DEL EQUIPO O POR NEGLIGENCIA DEL USUARIO, SOBRECARGAS, DAÑOS INTENCIONALES, POR VARIACIONES O DESCARGA DE ENERGIA ELECTRICA, DAÑO OCASIONADO POR DEFECTOS EN LA CONSTRUCCION CIVIL, INCENDIOS, FILTRACIONES DE AGUA, POR ACTOS DE VANDALISMO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL LISTADO DE REFACCIONES INCLUIDAS DENTRO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ASÍ MISMO SOLICITAMOS QUE SI SE DETECTA QUE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EL VALOR DE LAS REFACCIONES A UTILIZAR SUPERE EL 50% DEL VALOR ACTUAL DEL EQUIPO, SE NOS PERMITA NOTIFICAR AL ÁREA TÉCNICA Y ASÍ SE PUEDA SOLICITAR LA BAJA DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA? | TECNICA: NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES EN LA PROPUESTA A MENOS, QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN PARTIDAS ESPECIFICAS, MENCIONADO EN EL NUMERAL 7.3, ANEXO 4A, ANEXO 4B |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

awp





| | | | | |
|--------|---------|--|---|---|
| 744766 | TÉCNICO | ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES (ANEXO NO. 4A), INCISO J) | <p>REFERENTE A GARANTÍAS, PARTES Y REFACCIONES. SE MENCIONA LO SIGUIENTE: A PARTIR DEL INICIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE ASEGURARÁ QUE:</p> <p>-QUE LAS PARTES, ELEMENTOS, COMPONENTES Y REFACCIONES, NUEVAS Y ORIGINALES, ESTARÁN LIBRES DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS EN MATERIALES O MANUFACTURA, POR LO QUE GARANTIZAN SU DURACIÓN, RESISTENCIA Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, DE LO CONTRARIO SE OBLIGA A RESPONDER ILIMITADAMENTE DE CUALQUIER SUSTITUCIÓN O CAMBIO DE ÉSTAS.</p> <p>SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE LAS MARCAS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS GARANTIZAN LA EXISTENCIA DE REFACCIONES POR UN PERÍODO DE 5 AÑOS, ALGUNOS DE LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN TIENEN UN TIEMPO DE VIDA MAYOR AL PERÍODO MENCIONADO, POR LO CUAL CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITAN SUMINISTRAR REFACCIONES ORIGINALES, OEM O FABRICADAS A LA MEDIDA, SIN QUE ESTO AFECTE LA CALIDAD O EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?</p> | <p>TECNICA: NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES EN LA PROPUESTA A MENOS, QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN PARTIDAS ESPECÍFICAS, MENCIONADO EN EL NUMERAL 7.3, ANEXO 4A, ANEXO 4B.</p> |
| 744767 | TÉCNICO | ANEXO TÉCNICO (ANEXO NO. 4B) INCISO B) CALIDAD | <p>MENCIONAN LO SIGUIENTE: EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD Y VIGENCIA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS, LO CUAL SE REALIZARA EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30 DONDE SE TOMARA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y PLASMADO LA VERIFICACIÓN QUE SE REALICE, DEBERÁ ESTAR PUNTUALMENTE EL PROVEEDOR PARTICIPANTE YA QUE NO SE ADMITIRÁN A NINGÚN PROVEEDOR QUE LLEGUE DESPUÉS DE LA HORA PLASMADA POR EL RESPETO A LOS QUE ESTÁN PRESENTES. VERIFICANDO LA PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA E INSTRUMENTO CON SU CERTIFICACIÓN QUE CORRESPONDA. LA VERIFICACIÓN LA REALIZARA LAS PERSONAS QUE FUNJAN COMO ÁREA TÉCNICA, EL TIEMPO REQUERIDO PARA SU REALIZACIÓN SERÁ EL NECESARIO PARA LA REVISIÓN A DETALLE, LA UNIDAD DE MEDIDA CON LA CUAL SE DETERMINARÁ SERÁ BINARIA Y EL RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL EJECUTAR LAS PRUEBAS RESULTARA DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA HERRAMIENTA E INSTRUMENTO Y SU CERTIFICADO VIGENTE PARA QUE PUEDA SER APROBADO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PODRÁ PRESENTARSE UN MISMO ANALIZADOR PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE LO REQUIERAN. FAVOR DE ACLARAR</p> | <p>TECNICA: EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE ACUERDO CON EL NUMERAL 7.3</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cwp



Licitante: IG INNOVACIONES BIOMEDICAS S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|----------------------------|---|--|
| 744770 | TÉCNICO | CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO | EN EL PUNTO2. PRESENTACION FISICA DE EQUIPOS DE MEDICION CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO. SE PUEDE ANEXAR FOTO DE EQUIPO DE MEDICION PARA CUBRIR LA PARTE QUE INDICA DE PRESENTAR EN FISICO, CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO. SE ACEPTA? EN CASO QUE NOP SE ACEPTE ME PODRIA DECIR LA CONVOCANTE DE QUE MANERA SE PODRIA CUBRIR ESTE PUNTO. | TECNICA: NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE ACUERDO CON EL NUMERAL 7.3 |
| 744774 | TÉCNICO | EXPERENCIA DEL LICITANTE | DICE: PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE LA CARÁTULA DEL CONTRATO DE SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS, HOJA DE LA CLÁUSULA DONDE SE ESPECIFIQUE EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y HOJA DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO, FACTURAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, DONDE SE OSTENTARÁ EXPERIENCIA POR: DEL AÑO 2022 AL 2024 = 06 PUNTOS, A NUESTRO ENTENDER PRESENTANDO UN CONTRATO POR CADA AÑO QUE SE NOS PIDE CUBRIRIAMOS LO NECESARIO PARA QUE SE NOS OTROGUE LOS 6 PUNTOS, ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION? | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE ACUERDO CON EL NUMERAL 6.1 |
| 744780 | TÉCNICO | ANEXO TECNICO | CON RESPECTO A LAS PARTIDAS: 1,10,11,12,13,23,24 SE PIDE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTREN FUNCIONANDO. | TECNICA: TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO. |

Licitante: INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| 744306 | TÉCNICO | 6.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS | RUBRO 1 CAPACIDAD DEL LICITANTE.CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO. DICE: 2. PRESENTACION FISICA DE EQUIPOS DE MEDICION CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO (CALIDAD). 9 PUNTOS. ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBE DECIR 10 PUNTOS. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO? | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. IDICADO EN EL NUMERAL 6.1. |
| 744307 | TÉCNICO | 6.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS | RUBRO 2 EXPERIENCIA DEL LICITANTE. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA CARÁTULA DEL CONTRATO DE SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS, HOJA DE LA CLÁUSULA DONDE SE ESPECIFIQUE EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y HOJA DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS U | TECNICA: NO. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. IDICADO EN EL NUMERAL 6.1 |



| | | | | |
|--------|---------|------------------------|---|---|
| | | | ORDENES DE SERVICIO O FACTURAS O ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, DONDE SE OSTENTARÁ EXPERIENCIA DEL AÑO 2022 AL 2024 Ó 2023 AL 2024 Ó 2024. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO? | |
| 744308 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO C. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA FISCAL CON 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. DEBIDO A QUE, LAS OPINIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RELATIVAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN. |
| 744309 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO C. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVIA VERIFICACION POR ESTA AREA CONVOCANTE. |
| 744310 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO C. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ANTE EL INFONAVIT CON 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. DEBIDO A QUE, LAS OPINIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RELATIVAS A LAS APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN. |
| 744311 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISOS D, E), F), G). EN ESTOS INCISOS NOS REMITEN AL ANEXO NÚMERO 7; SIN EMBARGO NO COINCIDEN LOS INCISOS SEÑALADOS EN EL ANEXO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS INCISO CORRECTOS DEBEN SER: F) G) H) I) DE ACUERDDO A LO QUE SE SOLICITA EN CADA INCISO. FAVOR DE ACLARAR. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARCE A LO INDICADO EN EL NUMERAL 9.1 PROPUESTA TECNICA DE LA CONVOCATORIA. POR LO QUE LOS INCISOS CORRECTOS SON D), E), F), G). Y DEBERAN DE SER PLASMADOS EN EL ANEXO 7. SEGÚN CORRESPONDA. |
| 744312 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO H. EN NUESTRO CASO NO ESTAMOS PARTICIPANDO EN CONJUNTO CON OTRA EMPRESA, POR LO QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS PRESENTAR UN MANIFIESTO QUE NO PARTICIPAMOS CONJUNTAMENTE. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO? | TECNICA: SI ES CORRECTA SU APRECIACION. |
| 744313 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO L. EN NUESTRO CASO NO SOMOS MIPYMES, POR LO QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBEMOS PRESENTAR EL ANEXO 15 CON LA LEYENDA DE AGUA "NO APLICA" ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO? | TECNICA: SI ES CORRECTA SU APRECIACION. |
| 744314 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO M. EN NUESTRO CASO QUE NO SOMOS MIPYMES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARA SI ES CORRECTO EL TEXTO DEL ANEXO 16 PARA UNA EMPRESA CON ESTRATIFICACIÓN DE GRAN EMPRESA O ES SUFICIENTE CON UN ESCRITO LIBRE MANIFIESTRANDO NUESTRA ESTRATIFICACIÓN. FAVOR DE ACLARAR. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. NUMERAL 9.1 |



| | | | | |
|--------|---------|------------------------|--|--|
| 744315 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO N. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO 17, YA QUE EN EL ICONO DE DESCARGA PÁG. 64 APARECE EL ANEXO 22 EN SU LUGAR. | TECNICA: ES CORRECTA SU APRECIACION, EL ANEXO NO. 17 DEBE DE MENCIONAR LO SIGUIENTE: ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE SE ESPECIFIQUE LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. |
| 744316 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO R. COPIAS SIMPLES DEL DOCUMENTO DESCRITO EN EL NUMERAL 7.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA. PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN ESTE INCISO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE QUÉ COPIAS SIMPLES DEBEMOS PRESENTAR YA QUE EL TEXTO DE ESTE PUNTO NO ES CLARO. FAVOR DE ACLARAR. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR COPIA SIMPLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE MENCIONA EN EL NUMERAL 7.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. |
| 744317 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO U. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR LAS TABLAS SOLO CON LAS PARTIDAS EN LAS QUE VAMOS A PARTICIPAR. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR TAL Y COMO SE REQUIERE EL ANEXO SIN MODIFICACIONES. |
| 744318 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO V. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR LAS TABLAS SOLO CON LAS PARTIDAS EN LAS QUE VAMOS A PARTICIPAR. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR TAL Y COMO SE REQUIERE EL ANEXO SIN MODIFICACIONES. |
| 744319 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO AA. LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ESTE INCISO SE REFIERE A LA SOLICITADA EN EL NUMERAL 6.1 RUBRO 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, SUBRUBRO EXPERIENCIA DEL LICITANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL INCISO AA SE ENCUENTRA EN EL RUBRO 6.1 RUBRO 2. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL LICITANTE. LO ANTERIOR POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, PARA NO DUPLICAR LA DOCUMENTACIÓN, YA QUE TAMBIÉN SE SOLICITA LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN EL INCISO DD DEL NUMERAL 9.1 PROPUESTA TÉCNICA; ADEMÁS DE FACILITAR LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN AL LICITANTE Y DESCARGA PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 744320 | TÉCNICO | 9.1. PROPUESTA TÉCNICA | INCISO CC. LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ESTE INCISO SE REFIERE A LA SOLICITADA EN EL NUMERAL 6.1 RUBRO 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE, SUBRUBRO COMPETENCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL INCISO CC SE ENCUENTRA EN EL RUBRO 6.1 RUBRO 1. RUBRO 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE, SUBRUBRO COMPETENCIA; LO ANTERIOR POR | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. |

M

[Signature]

Cup



| | | | | |
|--------|---------|---|---|--|
| | | | TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, PARA NO DUPLICAR LA DOCUMENTACIÓN, YA QUE TAMBIÉN SE SOLICITA LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN EL INCISO DD DEL NUMERAL 9.1 PROPUESTA TÉCNICA; ADEMÁS DE FACILITAR LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN AL LICITANTE Y DESCARGA PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA? | |
| 744321 | TÉCNICO | 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. | LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, PUNTO 1) ES CORRECTO ENTENDER QUE PODEMOS PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO A NOMBRE DEL LICITANTE; EL CUAL ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE COMO LA COFEPRIS. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO? | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 12 |
| 744322 | TÉCNICO | DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA | PÁRRAFO 2, SE MENCIONA: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DE REFACCIONES DE DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO MÉDICO DE LA PARTIDA, DEBE DE ESPECIFICAR EL TIEMPO DE ENTREGA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA CARTA SOLICITADA DEBE PERTENECER A UN DISTRIBUIDOR DE LA MARCA EN MÉXICO. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1 Y EN EL ANEXO 4A Y ANEXO 4B. |
| 744323 | TÉCNICO | 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD | DICE: EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, MILIOHMETRO, MULTÍMETRO, TAQUÍMETRO (RANGO ESPECÍFICO) PARA LAS PARTIDAS QUE CONTENGAN: AUTOCLAVES DE ÓXIDO DE ETILENO, CAMAS, CAMILLAS DE TRASLADO DE PACIENTES, TODOS CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES NECESARIO PRESENTAR LAS TRES HERRAMIENTAS PARA LA PARTIDA 2 CAMAS HILL ROM | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR, MILIOHMETRO, MULTÍMETRO, TORQUIMETRO (RANGO ESPECÍFICO) PARA LAS PARTIDAS QUE CONTENGAN: AUTOCLAVES DE ÓXIDO DE ETILENO, CAMAS, CAMILLAS DE TRASLADO DE PACIENTES, TODOS CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES. SI ES NECESARIO PARA LAS PARTIDAS QUE CONTENGAN AUTOCLAVES DE ÓXIDO DE ETILENO, CAMAS, CAMILLAS DE TRASLADO DE PACIENTES. SE ACLARA QUE EN LAS PRESENTES BASES SE MENCIONA TAQUIMETRO, DEBIENDO SER TORQUIMETRO . |
| 744324 | TÉCNICO | 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD | DICE: EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD Y VIGENCIA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS... SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS APLICABLES PARTIDA 2 CAMAS HILL ROM ¿SE ACEPTA? | TECNICA: NO SE ACEPTA. EL LICITANTE DEBERAN DE PRESENTAR EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30 HRS LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD, DE LAS PARTIDAS EN QUE DESEA PARTICIPAR. |

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.

Licitante: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|
|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|

Handwritten blue ink mark 'cup'.





| | | | | |
|--------|---------|----------------------------|---|---|
| 744424 | TÉCNICO | ANEXO TÉCNICO, PUNTO 3. | ANEXO TÉCNICO, PUNTO 3. EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR CARTA DE APOYO DE REFACCIONES DE DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO MEDICO DE LA PARTIDA QUE PARTICIPE. EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 1, 5, Y 26 EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR EVIDENCIA DE CAPACITACION REFERENTE DEL EQUIPO MEDICO MENCIONADO A ESTAS PARTIDAS. PREGUNTA: ¿POR LO QUE VE A LA CARTA DE APOYO SOLICITADA DEBEREMOS ENTENDER QUE EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR DE REFACCIONES DE EQUIPO MÉDICO, SE TIENE QUE PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE HACIA ESE DISTRIBUIDOR? | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 9.1, Y EN LOS ANEXOS 4A, 4B |
| 744447 | TÉCNICO | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 23. | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 23. PREGUNTA: ¿POR LO QUE VE A LA PARTIDA 23, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE A ESE DISTRIBUIDOR EN AL MENOS EN UNO DE LOS EQUIPOS DE DICHA PARTIDA? | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN LOS NUMERALES 7.3, 9.1, ANEXO 4A Y 4B |
| 744448 | TÉCNICO | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 24. | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 24. PREGUNTA: ¿POR LO QUE VE A LA PARTIDA 24, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE A ESE DISTRIBUIDOR EN AL MENOS EN UNO DE LOS EQUIPOS DE DICHA PARTIDA? | TECNICA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN LOS NUMERALES 7.3, 9.1, ANEXO 4A Y 4B |

Licitante: MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|
| 744357 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 7.3.- CLAUSULAS DE CALIDAD: | EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR MULTÍMETRO, OSCILOSCOPIO, ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, LUXÓMETRO (RANGO ESPECIFICO) TODOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE PARA LAS PARTIDAS QUE CONTENGAN MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS, MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA, LÁMPARAS QUIRÚRGICAS, MICROSCOPIOS DE LUZ TRANSMITIDA, MICROSCOPIO DE LUZ REFLEJADA. CUÁL ES LA VIGENCIA REQUERIDA PARA CALIBRACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS | TECNICA: LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACION PARA TODOS LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBERAN DE ABRANGAR COMO MINIMO EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACION. |



Table with 5 rows and 5 columns: ID, Tipo de aclaración, Sección de la convocatoria, Aclaración, and Respuesta. Contains technical questions and answers regarding equipment specifications and documentation.

Licitante: NEW PHARMA S.A. DE C.V.

Table with 5 columns: ID de la pregunta, Tipo de aclaración, Sección de la convocatoria, Aclaración, and Respuesta. Contains a technical question and answer regarding equipment capacity and evidence requirements.

M

Handwritten signature

Handwritten signature and initials



| | | | | |
|--------|---------|---------------------------|---|---|
| 744252 | TÉCNICO | COMPETENCIA DE PLANTILLA | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIRNOS PRESENTAR CONTRATOS LABORALES CON TRES MESES DE VIGENCIA ANEXANDO CARTA COMPROMISO QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SERÁN RENOVADOS PARA QUE ESTEN VIGENTES DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS | TECNICA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE ACUERDO AL NUMERAL 6.1. |
| 744271 | TÉCNICO | TÉCNICA | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI PODEMOS ACREDITAR LA CAPACIDAD DE NUESTRA PLANTILLA CON ÚNICAMENTE INGENIEROS BIOMÉDICOS EN LUGAR DE INCLUIR TAMBIÉN TÉCNICOS. DICHO ACREDITAMIENTO CON LA CÉDULA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DE CADA UNO DE ELLOS. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE ACUERDO AL NUMERAL 6.1. |
| 744275 | TÉCNICO | CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PRESENTACIÓN DE LOS SIMULADORES EL 2 DE ABRIL A LAS 8:30 ES ÚNICAMENTE PARA LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EQUIPOS DE RX Y QUE EL RESTO DE LAS PARTIDAS NO CUENTAN CON ESTE REQUISITO POR LO QUE NO SE TENDRÍA QUE ACUDIR A ESA PRESENTACIÓN | TECNICA: EL LICITANTE DEBERAN DE PRESENTAR EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30 HRS. LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD, DE LAS PARTIDAS EN QUE DESEA PARTICIPAR. |
| 744280 | TÉCNICO | CAPACIDAD DEL LICITANTE | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SI PODEMOS PRESENTAR EL MANIFIESTO DE PERTENECER AL SECTOR DE MIPYMES. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL 6.1. |
| 744300 | TÉCNICO | PARTIDA 14 | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR EVIDENCIA DE EXPERIENCIA EN OSCILOSCOPIOS, | TECNICA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL 6.1. |

[Handwritten blue mark]

[Handwritten blue mark]

[Handwritten blue signature]

[Handwritten blue mark]

[Handwritten blue signature]



MONITORES DE SIGNOS VITALES Y ELECTROCARDIOGRAFOS PARA LA PARTIDA 14 CONSIDERANDO QUE EL SISTEMA HOLTER TIENE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS.

Licitante: ROBERTO ALMANZA VELAZQUEZ

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 742989 | TÉCNICO | 7.3.- CLÁUSULAS DE CALIDAD | EN EL PUNTO 7.3.- CLAUSULAS DE CALIDAD, SE SEÑALA: "UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON REFACCIONES, INCLUYE: TODAS LAS VISITAS Y LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA SU REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INFORMARNOS SI SE DEBE CONSIDERAR PARA LAS PARTIDAS 27, 28 Y 29 LOS TRANSDUCTORES TRANSESOFÁGICOS, YA QUE DE SER FAVORABLE LA RESPUESTA, ESTO IMPACTARÍA EN EL PRECIO OFERTADO. | TECNICA: EN LA PROPUESTA ECONOMICA DE ESTA PARTIDA, NO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR LOS TRANSDUCTORES TRANSESOFAGICOS. |
| 742990 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) SE SEÑALA: "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO), ANEXO NÚMERO 4A (CUATRO A) Y ANEXO NÚMERO 4B (CUATRO B) DE ESTA CONVOCATORIA, EN LOS QUE DESEE PARTICIPAR, ANOTANDO EN EL MISMO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) ADECUÁNDOLO CON EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE.", SE ENTIENDE QUE COMO DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA BASTARÁ CON ESPECIFICAR LO INDICADO EN DICHS ANEXOS A EXCEPCIÓN DE AQUELLA INFORMACIÓN QUE ES REFERENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA ¿ES CORRECTO? | TECNICA: ES CORRECTA SU APRECIACION, EL ANEXO NO. 4 REQ. CONSTA DE DOS PESTAÑAS, EN LA PESTAÑA (PROP ECON) ES EN LA QUE ESPECIFICA LA DESCRIPCION DETALLADA DE LOS EQUIPOS DE CADA PARTIDA. ADEMAS EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE FABRICANTE, DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE LA PARTIDA QUE EL LICITANTE DESEA PARTICIPAR. |
| 742991 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO C) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO C) SE SEÑALA: "ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL QUE LOS LICITANTES ACREDITARAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA, PUDIENDO UTILIZAR EL FORMATO QUE APARECE EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA", SOLICITO A LA CONVOCANTE TENGAN BIEN INFORMARNOS SI ES NECESARIO INDICAR EN AQUELLOS APARTADOS EN DONDE NO APLICA PARA MI REPRESENTADA O BASTARÁ CON DEJAR LOS RENGLONES EN BLANCO DENTRO DEL DOCUMENTO ANEXO NÚMERO 1 (UNO). | LEGAL-ADMINISTRATIVA: EL LICITANTE DEBERÁ DE INDICAR QUE NO APLICA PARA SU REPRESENTADA SIN MODIFICAR EL ANEXO. |

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



| | | | | |
|--------|---------------------------|---|--|--|
| 742994 | TÉCNICO | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO H) | EN EL PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA, INCISO H) SE SEÑALA "CONVENIO EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN CASO DE QUE DOS O MÁS PERSONAS DESEEN PRESENTAR EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES.". DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPA EN CONJUNTO CON ALGUNA OTRA EMPRESA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE DIGA QUE NO APLICA, ¿SE ACEPTA? EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO I) SE SEÑALA: "CARTA EN PAPEL MEMBRETADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ESPECIFICANDO DIRECCIONES ELECTRÓNICAS, NÚMEROS DE TELÉFONOS, NÚMERO DE FAX Y NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS CON LAS QUE SE COMUNICARA LA FALLA Y ESTA DEBERÁ DE PROPORCIONAR UN NÚMERO DE REPORTE U ORDEN DE SERVICIO. ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)". SE PUEDE INDICAR MÁS DE UNA PERSONA CON EL CUAL SE PODRÁ ESTABLECER COMUNICACIÓN PARA COORDINAR LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA. |
| 742995 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO I) | EN EL PUNTO 4.- IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN SE SEÑALA: "DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SOLO EN IDIOMA ESPAÑOL Y DIRIGIDO AL ÁREA CONVOCANTE.", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE SEAN EN HOJAS MEMBRETADAS EN DIGITAL DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ EN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET. BUENGOBIERNO.GOB.MX/ . ¿SE ACEPTA? EN EL PUNTO 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD SE SEÑALA: "EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD Y VIGENCIA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS, LO CUAL SE REALIZARÁ EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30HRS". POR LO QUE ENTENDEMOS QUE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO EN SU TOTALIDAD ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: ES CORRECTA SU APRECIACION. |
| 743009 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 4.- IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONE S, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, E | EN EL PUNTO 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD SE SEÑALA: "EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD Y VIGENCIA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS, LO CUAL SE REALIZARÁ EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30HRS". POR LO QUE ENTENDEMOS QUE NO CUMPLIR CON ESTE PUNTO EN SU TOTALIDAD ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA Y TAMBIEN PODRÁ PRESENTARLO COMO LO ESPECIFICA EN EL PUNTO INDICADO. |
| 743010 | TÉCNICO | 7.3.- CLAUSULAS DE CALIDAD | EN EL PUNTO 7.3 CLAUSULAS DE CALIDAD SE SEÑALA: "EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR PARA REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD Y VIGENCIA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS, LO CUAL SE REALIZARÁ EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30HRS". POR LO QUE ENTENDEMOS QUE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIONES ORIGINALES Y VIGENTES DEBERÁN A NOMBRE DEL LICITANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | TECNICA: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 743011 | TÉCNICO | 7.3.- CLAUSULAS DE CALIDAD | EN EL PUNTO 7.3.- CLAUSULAS DE CALIDAD, SE SEÑALA: "DEBERÁ DE INCLUIR LOS KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A MANUAL DE SERVICIO Y CONDICIONES DEL EQUIPO", MÁS SIN EMBARGO PARA LAS PARTIDAS 27, 28 Y 29 NO DISPONEN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ESTE REQUISITO ES PARA LAS PARTIDAS RESTANTES. | TECNICA: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 743012 | TÉCNICO | 7.3.- CLÁUSULAS DE CALIDAD | EN EL PUNTO 7.3.- CLAUSULAS DE CALIDAD, SE SEÑALA: "DEBERÁ DE INCLUIR LOS KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A MANUAL DE SERVICIO Y CONDICIONES DEL EQUIPO", MÁS SIN EMBARGO PARA LAS PARTIDAS 27, 28 Y 29 NO DISPONEN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ESTE REQUISITO ES PARA LAS PARTIDAS RESTANTES. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y DE ACUERDO AL MANUAL DE FABRICANTE DE LOS EQUIPOS. |

[Handwritten signature]

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cup





| | | | | |
|--------|------------------------|--|---|---|
| 743014 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) SE SEÑALA: "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO), ANEXO NÚMERO 4A (CUATRO A) Y ANEXO NÚMERO 4B (CUATRO B) DE ESTA CONVOCATORIA, EN LOS QUE DESEE PARTICIPAR, ANOTANDO EN EL MISMO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) ADECUÁNDOLO CON EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE.", SOLICITO A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN INFORMARNOS SI SOLO SERÁ PARA AQUELLAS PARTIDAS QUE PARTICIPE EL LICITANTE. | TECNICA: EL ANEXO NO. 4 REQ. CONSTA DE DOS PESTAÑAS, EN LA PESTAÑA (PROP ECON) ES EN LA QUE ESPECIFICA LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS EQUIPOS DE CADA PARTIDA. ADEMÁS EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE FABRICANTE, DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE LA PARTIDA QUE EL LICITANTE DESEA PARTICIPAR. |
| 743015 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | TIPO DE ACLARACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVA, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA 9.1.- PROP | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO T) SE SEÑALA: "LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR EN FORMATO PDF EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA EN LA QUE PARTICIPAN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES Y EL ACTA DE NACIMIENTO TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS.", MAS SIN EMBARGO EN EL PUNTO 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN EL RENGLÓN 3 SE MENCIONA "ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA EN LA QUE PARTICIPAN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES Y EL ACTA DE NACIMIENTO TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS.", MISMO QUE SERÁ PARTE EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO R) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO QUE SE REPETIRÁ LA INFORMACIÓN EN DICHS INCISOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SE DUPLICARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ¿SE ACEPTA? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: ESTA CONVOCANTE ACLARA QUE BASTARÁ CON QUE SE ANEXE LA INFORMACION REQUERIDA UNA SOLA VEZ, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 743016 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | TIPO DE ACLARACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVA, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA 9.1.- PROP | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO I) SE SEÑALA: "CARTA EN PAPEL MEMBRETADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ESPECIFICANDO DIRECCIONES ELECTRÓNICAS, NÚMEROS DE TELÉFONOS, NÚMERO DE FAX Y NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS CON LAS QUE SE COMUNICARÁ LA FALLA Y ESTA DEBERÁ DE PROPORCIONAR UN NÚMERO DE REPORTE U ORDEN DE SERVICIO. ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE SEAN EN DIGITAL DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ EN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.BUENGOBIERNO.GOB.MX/ . ¿SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA Y TAMBIEN PODRÁ PRESENTARLO COMO LO ESPECIFICA EN EL PUNTO INDICADO. |
| 743017 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO R) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO R) SE SEÑALA: "COPIAS SIMPLES DEL DOCUMENTO DESCRITO EN EL NUMERAL 7.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA.". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE SEAN EN DIGITAL DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ EN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.BUENGOBIERNO.GOB.MX/ . ¿SE ACEPTA? | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA. |
| 743018 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO S) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO R) SE SEÑALA: "COPIAS SIMPLES DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 12, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA.". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE SEAN EN DIGITAL DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ EN DIRECCIÓN | TECNICA: SE ACEPTA SU PROPUESTA. |





| | | | | |
|--------|------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.BUENGOBIERNO.GOB.MX/ . ¿SE ACEPTA? | |
| 743019 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO U) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO U) SE SEÑALA: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NÚMERO 4A (CUATRO A) EN PAPEL MEMBRETADO Y CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA EMPRESA.". SIN EMBARGO APARECE EN DICHO ANEXO LOS IMPORTES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE CADA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INFORMARNOS SI ES NECESARIO ELIMINAR ESOS ESPACIOS DONDE SE VISUALIZAN LOS MONTOS, EXPRESÁNDOLOS ÚNICAMENTE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR TAL Y COMO SE REQUIERE EL ANEXO SIN MODIFICACIONES. |
| 743020 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO U) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO U) SE SEÑALA: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NÚMERO 4A (CUATRO A) EN PAPEL MEMBRETADO Y CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA EMPRESA.". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE SEAN EN HOJAS MEMBRETADAS Y FIRMA EN DIGITAL DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ EN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.BUENGOBIERNO.GOB.MX/ . ¿SE ACEPTA? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 743026 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO V) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO V) SE SEÑALA: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO TÉCNICO ANEXO NÚMERO 4B (CUATRO B) EN PAPEL MEMBRETADO Y CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA EMPRESA.". SIN EMBARGO APARECE EN DICHO ANEXO LOS IMPORTES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE CADA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INFORMARNOS SI ES NECESARIO ELIMINAR ESOS ESPACIOS DONDE SE VISUALIZAN LOS MONTOS, EXPRESÁNDOLOS ÚNICAMENTE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR TAL Y COMO SE REQUIERE EL ANEXO SIN MODIFICACIONES. |
| 743027 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO V) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO V) SE SEÑALA: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO TÉCNICO ANEXO NÚMERO 4B (CUATRO B) EN PAPEL MEMBRETADO Y CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA EMPRESA.". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE SEAN EN HOJAS MEMBRETADAS Y FIRMA EN DIGITAL DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ EN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.BUENGOBIERNO.GOB.MX/ . ¿SE ACEPTA? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 743028 | TÉCNICO | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO AA) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO V) SE SEÑALA: "DEBERÁ DE PRESENTAR RELACIÓN DE CONTRATOS, FACTURAS U ÓRDENES DE SERVICIO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, EJECUTADOS EN EL ÚLTIMO AÑO RELACIONADO CON EL SERVICIO EN LOS QUE PARTICIPARÁ, ANEXANDO FOTOCOPIA SIMPLE DE LA CARATULA DE CONTRATO, FACTURA Y DE LA ORDEN DE SERVICIO.". MÁS SIN EMBARGO EN EL PUNTO 6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, EN EL RUBRO DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, INDICA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR DIEZ O MÁS DOCUMENTOS QUE AVALEN LOS SERVICIOS RELACIONADOS EN EL AÑO 2022 -2024 (FACTURAS, ORDENES DE SERVICIO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN) CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE SE CUENTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO SE SOLICITE EXPERIENCIA LABORAL POR LO MENOS A PARTIR DEL 2022. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERÁ APEGARSE AL PUNTO NO. 6.1- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, EN EL RUBRO DE CAPACIDAD DEL LICITANTE. |

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



| | | | | |
|--------|------------------------|---|--|---|
| 743029 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 17.- TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS | EN EL PUNTO 17.- TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA SE SEÑALA: "ASIMISMO, LOS LICITANTES DEBERÁN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES FORMATOS: WORD 2000 (VERSIÓN 8 O SUPERIOR), EN SU CASO, COMPACTADAS EN FORMATO ZIP. EXCEL (VERSIÓN 8). PDF (VERSIÓN 4)." POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DICHAS VERSIONES PUEDAN SER SUPERIORES, ¿SE ACEPTA? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: EL LICITANTE DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SI EL LICITANTE LLEGA A UTILIZAR VERSIONES SUPERIORES SERÁ RESPONSABILIDAD UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DEL LICITANTE, YA QUE PODRIA CAUSAR ERRORES O PROBLEMAS A LA PLATAFORMA. |
| 743030 | TÉCNICO | ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) | EN EL ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) SEÑALA: "EN CUANTO AL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA EL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO QUE UTILIZARA PARA SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ASÍ COMO PARA LOS CORRECTIVOS.", MÁS SIN EMBARGO DICHO ANEXO NO SE SOLICITA EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ADICIONAR DICHO REQUISITO AL FINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ¿SE ACEPTA? EN EL PUNTO 2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE SEÑALA: "CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODOS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LO INTEGREN", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INFORMARNOS SI EL FOLIADO DEBE SER CONSECUTIVO INICIANDO POR EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES), ANEXO NÚMERO 1 (UNO), CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR LA PERSONA QUE SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES, ANEXANDO COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN VIGENTE, LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA O ESTOS DEBEN ESTAR ENUMERADOS EN BASE AL PUNTO EN QUE SE SOLICITA. | TECNICA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERA APEGARSE A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. |
| 743031 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. | EN EL PUNTO 2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE SEÑALA: "CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODOS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LO INTEGREN", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INFORMARNOS SI EL FOLIADO DEBE SER CONSECUTIVO INICIANDO POR EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES), ANEXO NÚMERO 1 (UNO), CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR LA PERSONA QUE SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES, ANEXANDO COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN VIGENTE, LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA O ESTOS DEBEN ESTAR ENUMERADOS EN BASE AL PUNTO EN QUE SE SOLICITA. | LEGAL-ADMINISTRATIVA: ESTA CONVOCANTE ACLARA QUE EL TOTAL DE SU PROPUESTA DEBERA SER FOLIADA DE FORMA CONSECUTIVA. |
| 743036 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO U) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO U) SE SEÑALA: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NÚMERO 4A (CUATRO A) EN PAPEL MEMBRETADO Y CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA EMPRESA.". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE TENGA A BIEN INFORMARNOS SI PRESENTAMOS DICHO ANEXO CON TODAS LAS PARTIDAS O SOLO SERÁ PARA AQUELLAS QUE PARTICIPE EL LICITANTE. | LEGAL-ADMINISTRATIVA: EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR TAL Y COMO SE REQUIERE EL ANEXO SIN MODIFICACIONES. |
| 743045 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO V) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO V) SE SEÑALA: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO TÉCNICO ANEXO NÚMERO 4B (CUATRO B) EN PAPEL MEMBRETADO Y CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA EMPRESA.". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE TENGA A BIEN INFORMARNOS SI PRESENTAMOS DICHO ANEXO CON TODAS LAS PARTIDAS O SOLO SERÁ PARA AQUELLAS QUE PARTICIPE EL LICITANTE. | LEGAL-ADMINISTRATIVA: EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR TAL Y COMO SE REQUIERE EL ANEXO SIN MODIFICACIONES. |
| 743046 | TÉCNICO | 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO EE) | EN EL PUNTO 9.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO EE) SE SEÑALA: "DEBERÁ PRESENTAR ACUSE DE ASISTENCIA DE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA REVISIÓN Y/O VERIFICACIÓN QUE SE REALICE DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INFORMARNOS SI ESTE PUNTO ES EN RELACIÓN REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD Y VIGENCIA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS, LO CUAL SE REALIZARÁ EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30 HRS. | TECNICA: SI ES CORRECTA SU APRECIACION, SE TRATA DE LA REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA FUNCIONALIDAD DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS , LO CUAL SE REALIZARÁ EN SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE |



| | | | | |
|--------|------------------------|---|---|---|
| | | | | CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN PUNTO DE LAS 8:30 HRS. |
| 743047 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS | EN EL PUNTO 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, EN LA TABLA 3) SEÑALA: "ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA EN LA QUE PARTICIPAN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES Y EL ACTA DE NACIMIENTO TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS.", POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENGA BIEN A INFORMARNOS SI LA FECHA DE EMISIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO DEBE SER DENTRO DE LAS FECHAS DE ESTE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. | LEGAL - ADMINISTRATIVA: ESTA CONVOCANTE ACLARA QUE EL ACTA DE NACIMIENTO LA PODRÁ PRESENTAR CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 90 DIAS A LA FECHA DE LA APERTURA DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. |
| 743048 | TÉCNICO | 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS | EN EL PUNTO 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN EL RENGLÓN 1 SE MENCIONA "COPIA DE LA LICENCIA DE GIRO (LICENCIA MUNICIPAL) O AVISO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON GIRO DE BAJO IMPACTO, VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE, EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, LA CUAL DEBERÁ CORRESPONDER AL DOMICILIO DEL LOCAL EN EL CUAL FUNCIONA U OPERA.". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DICHA COPIA DE LA LICENCIA MUNICIPAL SEA OTORGADA PARA SERVICIO Y QUE SE DESECHEN AQUELLAS QUE SÓLO AVALEN OFICINAS, ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO. ¿SE ACEPTA? | TECNICA: LA LICENCIA MUNICIPAL DEBERA INDICAR EN EL GIRO, LA ACTIVIDAD: QUE DEBERA DE ESTAR RELACIONADA CON EL SERVICIO, MANTENIMIENTO O REPARACION, DE EQUIPO MEDICO. |
| 743049 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS | EN EL PUNTO 12. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN EL RENGLÓN 2 SE MENCIONA "EL ALTA ANTE HACIENDA DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, QUE SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDA, AL O A LOS RUBROS EN QUE DESEE PARTICIPAR.". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE PUEDE PRESENTAR EL ARCHIVO DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DONDE SE ESPECIFICA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: SE ACEPTA SU PROPUESTA. |
| 743051 | TÉCNICO | ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) | EN ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) SEÑALA PARA LAS PARTIDAS 27, 28 Y 29 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA EQUIPOS ULTRASONIDOS", DAMOS POR ENTENDIDO QUE TODOS LOS EQUIPOS ESTÁN TRABAJANDO ADECUADAMENTE SIN LA NECESIDAD DE UN CORRECTIVO INICIAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | TECNICA: SI ES CORRECTA SU APRECIACION. |
| 743052 | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. | EN EL PUNTO 2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE SEÑALA: "LAS PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO, DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE LA FIRMA SEA DIGITAL DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ EN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://UPCP-COMPRANET.BUENGOBIERNO.GOB.MX/ . ¿SE ACEPTA? | LEGAL-ADMINISTRATIVA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. |

Licitante: VRYC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|
|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|



| | | | | |
|--------|---------|---|--|--|
| 744381 | OTROS | 22. ANEXOS | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR EL ANEXO NÚMERO 17, YA QUE EN LAS BASES SE ENCUENTRA EL ANEXO NÚMERO 22 EN SU LUGAR. | TECNICA: EL ANEXO NO. 17 DEBE DE MENCIONAR LO SIGUIENTE: ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE SE ESPECIFIQUE LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. |
| 744401 | TÉCNICO | 6.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, CAPACIDAD DEL LICITANTE, DOMINIO, | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES ACEPTABLE PRESENTAR LOS FORMATOS DC3, COMO PARTE DEL EXPEDIENTE FORMATIVO Y DE CAPACITACIONES DE LOS INGENIEROS QUE PRESENTARÁN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 Y 22 DE LA PRESENTE LICITACIÓN. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. NUMERAL 9.1 |
| 744402 | TÉCNICO | 6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LOS MANUALES DONDE SE INDIQUE EL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEBEN DE COINCIDIR CON LAS MARCAS Y MODELOS DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LAS PARTIDAS 1,2,3,10,11,12,13 Y 22 O PUEDEN SER DE EQUIPOS SIMILARES EN MARCA, PERO CON DIFERENTE MODELO. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIENDO LO ESPECIFICADO EN LOS NUMERALES 9.1 ANEXO 4A, 4B |
| 744403 | TÉCNICO | 6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA | • SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE, SI PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SE DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE LA CARÁTULA DEL CONTRATO DE SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS, HOJA DE LA CLÁUSULA DONDE SE ESPECIFIQUE EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y HOJA DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO, FACTURAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DE CADA UNO DE LOS ARCHIVOS ANTES MENCIONADOS O CON SOLO PRESENTAR UNO DE LOS MISMOS ES SUFICIENTE. | TECNICA: EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 6.1 |

De conformidad a lo establecido en el artículo **46 fracción II** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, después de otorgar las respuestas a las preguntas formuladas, el **Mtro. Jorge Armado Famoso Ávila**, Encargado del Departamento de Abastecimiento y Equipamiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional de Occidente, siendo las **9:00 horas** procedió a informar, que se dispone de un lapso de **06:00 horas** para que los licitantes formulen las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas emitidas y las aclaraciones generales a la convocatoria por parte de la convocante, por lo que se suspende la sesión para reanudarla en punto de las **15:00 horas** del día **27 de marzo del 2025**, en lugar en que se actúa.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo **37 BIS** último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el acta de Junta de Aclaraciones, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través del sistema CompraNet.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente acta para los efectos legales conducente siendo las **9:00 horas** del día **27 de marzo del 2025**, firmándola al calce del presente documento las personas que en ella actuaron.

CUP
[Handwritten signature]






RUBRICAS


POREL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


Mtro. Jorge Armando Famoso Ávila
Encargado del Departamento de Abastecimiento
UMAE Hospital de Especialidades C.M.N.O.


Lic. Cesar Octavio Padilla Chavoya
Encargado de la Oficina de Adquisiciones
UMAE Hospital de Especialidades C.M.N.O.


Lcp. Ana Gabriela Del Real Gómez
Coordinador Analista de la Oficina de Adquisiciones
UMAE Hospital de Especialidades C.M.N.O.


Ing. José Ramón Ibarra Martínez
Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales de la UMAE Hospital de Especialidades de C.M.N.O.


Lic. Luis Enrique Gutiérrez Valadez
Auditor del Área de Auditoría de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el IMSS, designado mediante oficio no. SABG/OICGYR/AIDI05/0210/2025.

Ces