

Bruno: Integrar en Expediente.



GOBIERNO DE
MÉXICO



División de Ingeniería Biomédica
UMAE Hospital de Especialidades CMNO

DIB/134/2025

Guadalajara Jalisco, 1 de Abril del 2025

Ing. Adrián Alonso Castillo García
Jefe del Departamento de Abasto.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como en relación a la adjudicación AA-050-GYR-050GYR-N46-2025 de consumibles de equipo médico se anexa el **dictamen técnico** correspondiente. Lo anterior en estricto apego a las base técnicas biomédicas en cuestión.

1.- Equipo de venoclisis

Clave SAI: 379.327.1895.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas equipo de venoclisis de plástico grado médico, estéril, desechable, para usarse en bomba de infusión. Consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo flexible con macrogotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo,

Participante. Distribuidor Medico Tecnomed S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

2.- Equipo de venoclisis,

Clave SAI: 379.327.1945.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: equipo de venoclisis, de plástico grado médico, estéril, desechable, para usarse en bomba de infusión durante la cirugía. consta de: bayoneta, cartucho de infusión, tubo transportador antiactinico de baja absorción para

Participante. Distribuidor Medico Tecnomed S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

3.- Equipo para aplicación de soluciones

Clave SAI: 379.327.1911.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: equipo para aplicación de soluciones de volúmenes medidos, de plástico grado médico, estéril, desechable, para usarse con bomba de infusión. consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con capacidad de 100 ml mínimo

Participante. Distribuidor Medico Tecnomed S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

4.- Equipo para aplicación de soluciones

Clave SAI: 379.327.1937.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: equipo para aplicación de soluciones parenterales, de plástico grado médico, estéril, desechable, para usarse con bomba de infusión. consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo

Participante. Distribuidor Medico Tecnomed S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE
"Seguridad y Solidaridad Social"

ATENTAMENTE
"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Álvaro Verduzco Correa
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.
Área Técnica

