



GOBIERNO DE
MÉXICO



División de Ingeniería Biomédica

UMAE Hospital de Especialidades CMNO

DIB/262/2025

Guadalajara Jalisco, 26 de Junio del 2025

Ing. Adrián Alonso Castillo García
Jefe del Departamento de Abasto.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la Adjudicación de consumibles de equipo médico AA-050-GYR-050GYR-T-121-2025 Lo anterior bajo estricto apego al cuadro básico institucional y las bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

1.- Circuito desechable

Clave SAI: 379.200.3422.00.01

Unidad de Medida: caja / 10 / piezas

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas; Circuito desechable pediátrico/adulto, con cable calefactor en ambas ramas. rama inspiratoria con microcell y exhalatoria de material evaqua. incluye filtro virico/bacteriano exhalatorio. presentación: caja con 10. numero de catalogo: rt380. Para su uso en el equipo: humidificador con calefacción. Clave: 531.480.0128. Marca: fisher & paykel. Modelo: mr 850.modelo: rt-380 micronebulizador modelo 1884

a.- Participante. Comercializadora Medica Integral, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

2.- Bolsa de 3000 ml

Clave SAI: 379.100.0551.00.01

Unidad de Medida: caja / 50 / piezas

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas; bolsa de 3000 ml (3 litros) de polietileno desechable, flexible, con muelle tipo acordeon en la parte superior de la bolsa, translúcida, para aspiración y recolección de secreciones y fluidos corporales con fondo concavo para ajuste

a.- Participante. Korall Medics, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

b.- Participante. GPC Medica, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo de que cuente con tapa de polipropileno ensamblada, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en donde se muestre que se entregaran 100 canasters con los soportes requeridos para su utilización, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con Sistema de Identificación Hospitalaria QR y alfanumérica según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con la norma NOM-087-ECOL-2002 según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.

c.- Participante. Meditiva Medical, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo de que cuente con tapa de polipropileno ensamblada, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en donde se muestre que se entregaran 100 canasters con los soportes requeridos para su utilización, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con Sistema de Identificación Hospitalaria QR y alfanumérica según lo requerido.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con la norma NOM-087-ECOL-2002 según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.



3.- Bolsa de 1500 ml

Clave SAI: 379.100.0544.00.01

Unidad de Medida: caja / 50 / piezas

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas; bolsa de 1500 ml (1.5 litros) de polietileno desechable, flexible, translúcida, para aspiración y recolección de secreciones y fluidos corporales con fondo concavo para ajuste en recipiente rígido, con tapa de polipropileno ensamblada

a.- Participante. Korall Medics, S.A. de C.V..

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

b.- Participante. GPC Medica, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo de que cuente con tapa de polipropileno ensamblada, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en donde se muestre que se entregaran 100 canasters con los soportes requeridos para su utilización, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con Sistema de Identificación Hospitalaria QR y alfanumérica según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con la norma NOM-087-ECOL-2002 según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.

c.- Participante. Meditiva Medical, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo de que cuente con tapa de polipropileno ensamblada, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en donde se muestre que se entregaran 100 canasters con los soportes requeridos para su utilización, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con Sistema de Identificación Hospitalaria QR y alfanumérica según lo requerido.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con la norma NOM-087-ECOL-2002 según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.

4.- bolsa de 1000 ml

Clave SAI: 379.100.536.00.01

Unidad de Medida: caja / 50 / piezas

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas; bolsa de 1000 ml (1 litro) de polietileno desechable, flexible, translúcida, para aspiración y recolección de secreciones y fluidos corporales con fondo concavo para ajuste en recipiente rígido, con tapa de polipropileno ensamblada

a.- Participante. Korall Medics, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

b.- Participante. GPC Medica, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo de que cuente con tapa de polipropileno ensamblada, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en donde se muestre que se entregaran 100 canasters con los soportes requeridos para su utilización, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con Sistema de Identificación Hospitalaria QR y alfanumérica según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con la norma NOM-087-ECOL-2002 según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.





GOBIERNO DE
MÉXICO



c.- **Participante.** Meditiva Medical, S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo de que cuente con tapa de polipropileno ensamblada, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en donde se muestre que se entregaran 100 canasters con los soportes requeridos para su utilización, según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con Sistema de Identificación Hospitalaria QR y alfanumérica según lo requerido.
- La propuesta NO presenta documentación en su catálogo en donde se muestre que cuente con la norma NOM-087-ECOL-2002 según lo requerido en el anexo técnico correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE
"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Álvaro Verduzco Correa.
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.



