



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



División de Ingeniería Biomédica

U.M.A.E Hospital de Especialidades CMNO

Evaluación Técnica Verdusco

DIB/107/2025

Guadalajara Jalisco, 31 de Marzo del 2025

Ing. Adrián Alonso Castillo García
Jefe del Departamento de Abasto.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como en relación a la adjudicación AA-050-GYR-050GYR-T39-2025 de consumibles de equipo médico se anexa el dictamen técnico correspondiente. Lo anterior en estricto apego a las base técnicas biomédicas en cuestión.

1.- Mascarilla Con Bolsa Reservorio

Clave SAI: 379 614 5047 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características mascarilla con bolsa reservorio de 750 ml, baja resistencia. con 7 pies de tubode suministro de oxigeno. con clip de nariz ajustable. presentacion: juego. numero de catalogo: 1060. para su uso en el equipo: flujometro de pared. clave:531.423.0053. marca: varios. modelo: varios.

A.- Participante. Aztec Medic S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

B.- Participante. Intersurgical S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

c.- Participante. Juan Pablo Mendoza

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

2.- Mascarilla para ventilacion no invasiva

Clave SAI: 379 614 3927 00 02

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características mascarilla para ventilacion no invasiva, confortable con malla para sujecion acabeza adulto. presentacion: pieza. numero de catalogo: mar-103. para su uso en el equipo: clave: 531.941.0980 ventilador adulto-pediátrico-neonatal. marca:imagenes y medicina. modelo: matisse. marca: fisher & paykel modelo: rt041 mprocedencia: nueva zelanda

A.- Participante. Comercializadora Medica Integral S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional

B.- Participante. IMA Medica S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional

3.- Micronebulizador con mascarilla

Clave SAI: 379 643 0100 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional micronebulizador con mascarilla con tuberia de 2.1 mts desechable. presentacion:pieza. numero de catalogo: 002433. para su uso en el equipo: clave 531.423.0052 flujometro de pared. marca: aga. modelo: mc.

A.- Participante. Grupo Moravi S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: NO Aprobada

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional:

a.- La propuesta no Muestra evidencia documental de que cuente con un micronebulizador con mascarilla con tuberia de 2.1 mts

B.- Participante. IMA Medica S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional

C.- Participante. Intersurgical S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada



La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

D.- Participante. Juan Pablo Mendoza 1

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

4.- Mascara de traqueostomía.

Clave SAI: 379 614 3885 00 02

Descripción amplia y detallada Según el catalogo mascara de traqueostomía. en silicon con banda elastica, adulto 12-20 pulgadas.conector en "I" giratorio de 360 grados articulado. broches de presiones especiales y tuberia acanalada de 22 mm. presentacion: pieza. numero decatalogo: 001225. para su uso en el equipo: clave 531 941 0980 ventiladoradulto-pediátrico-neonatal. marca: imagen y medicina. modelo: matisse.

A.- Participante. Intersurgical S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

5.- papel termico cuadrículado

Clave SAI: 379.681.2786.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características papel termico cuadrículado plegado en z para electrocardiografo de 21.6 x 28 cm,con muesca de control en la parte inferior y zona de encabezado de 7empresentacion: paquete con 100 hojas. numero de catalogo: m3707a. para su uso en el equipo: electrocardiografo multicanal con interpretacion. clave:531.168.0069. marca: philips. modelo: pagewriter trim iii.

A.- Participante. Electro Paper S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

6.- Papel termico tipo z de 200 hjs

Clave SAI: 379.681.2588.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características papel termico tipo z de 200 hjs, dimensiones: 70 mm x 1140 mm. presentacion:caja (4 pzs). numero de catalogo: 406021. para su uso en el equipo: clave531.168.0069 electrocardiografo multicanal con interpretacion. marca: welchallyn. modelo: cp50.

A.- Participante. Electro Paper S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

7.- rollo de papel termico

Clave SAI: 379.681.0193.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características rollo de papel termico 80 mm x 20 m, cuadrícula. presentacion: pza. numero decatalogo: ac-mo-p009. para su uso en el equipo medico: clave 531.168.0069electrocardiografo multicanal con interpretacion. marca: lgmd. modelo: ceg iiiiview.

A.- Participante. Electro Paper S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

8.- características rollo de papel

Clave SAI: 379.681.0342.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y características rollo de papel. medida 112 milímetros x 28 metros, termico. presentacion: rollo.numero de catalogo: steelco 088500500. para su uso en los equipos: esterilizadorde baja temperatura a traves de plasma de peroxido de hidrogeno. clave:531.385.1031. marca: steelco. modelo: pl 130/1. y esterilizador de vaporedirecto. clave: 531.385.0835. marca: steelco. modelo: vs10/1, vs3/1, vs12/1,vs12/2, vs3/2.

A.- Participante. Electro Paper S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

9.- Equipo de plasmaferesis

Clave SAI: 379.327.1960.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional equipo de plasmaferesis compuesto de: solucion anticoagulante de citrato desodio usp (750ml), doble aguja 16 g para coleccion y proceso de 2 unidades de500 ml, 2 contenedores de plastico, cada uno con 50 ml de anticoagulante citratode sodio usp contenido 2 g (dihidratado) presentacion: set. numero de catalogo:10220/40800. para su uso en el equipo: unidad de aferesis. clave: 531.925.0386.marca: terumo. modelo: spectra optia.



GOBIERNO DE
MÉXICO



A.- Participante. Genesis S.A. de C.V.
Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

10.- Fuente radioactiva de iridio

Clave SAI: 379 384 0038 00 01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características fuente radioactiva de iridio 192 con actividad nominal máxima de 14 curie [ci] de alta tasa de dosis de 57 miligray/hora [mgy/h] a 1 metro [m] (14 curie [ci], 518 gigabequerel [gbq]). capsula de 4.5 mm de longitud por 0.9 mm de diámetro exterior. cuerpo cilindrico longitud de 3.5 mm por 0.6 mm de diámetro exterior. presentación: pieza. numero de catálogo: 105002-00. para su uso en el equipo: unidad de radioterapia intracavitaria con iridium 192. clave: 531.769.0088. observaciones: las fuentes deberán de incluir, una abrazadera (189932), kit de tubos de transferencia (111100 gyn ti) y un pasador (1107005).

A.- Participante. Elekta Medical S.A. de C.V.
Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

11.- cartucho de peroxido de hidrogeno

Clave SAI: 379 182 0701 00 02

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características cartucho de peroxido de hidrogeno en solucion acuosa a 58%, con código de barras, contiene 5 cassetes cada uno para 5 ciclos de esterilizacion., numero decatalogo: 10113 para su uso en el equipo medico:esterilizador de bajatemperatura a traves de plasma de peroxido de hidrogeno. clave 531.385.1031.marca: advanced sterilization products (asp), modelo: sterrad 100s.

A.- Participante. Grupo Emequr S.A. de C.V.
Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

12.- bolsa compuesta de tyvek

Clave SAI: 379 100 1088 00 02

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características bolsa compuesta de tyvek 4057 b y pelicula poliester/polietileno transparente de 200 mm x 400 mm, con indicador quimico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de ancho.presentacion: caja con 500 bolsas. numero de catalogo: 12541 o 42541. para usoen el equipo: esterilizador de baja temperatura a traves de plasma de peroxidode hidrogeno. clave: 531.385.1031. marca: advanced sterilization products (asp).modelo: sterrad 100s, sterrad 100nx y sterrad nx.

A.- Participante. Grupo Emequr S.A. de C.V.
Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

13.- rollo compuesto de tyvek

Clave SAI: 379 781 0219 00 02

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características rollo compuesto de tyvek 4057 b y pelicula poliester/polietileno transparente de 350 mm x 70 m con indicador quimico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de ancho.presentacion: caja con 2 rollos. numero de catalogo: 12435 o 42435. para uso en el equipo: esterilizador de baja temperatura a traves de plasma de peroxido dehidrogeno. clave: 531.385.1031. marca: advanced sterilization products (asp).modelo: sterrad 100s sterrad 100nx sterrad nx.

A.- Participante. Grupo Emequr S.A. de C.V.
Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

14.- rollo compuesto de tyvek

Clave SAI: 379 781 0235 00 02

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características rollo compuesto de tyvek 4057 b y pelicula poliester/polietileno transparente medida 100 mm x 70 m con indicador quimico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de ancho. presentacion: caja con 6 rollos. numero de catalogo: 12410 o 42410. parauso en el equipo: esterilizador de baja temperatura a traves de plasma de peroxido de hidrogeno. clave: 531.385.1031. marca: advanced sterilization products (asp). modelo: sterrad 100s sterrad 100nx sterrad nx.

A.- Participante. Grupo Emequr S.A. de C.V.
Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

15.- rollo compuesto de tyvek

Clave SAI: 379 781 0227 00 02

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características rollo compuesto de tyvek 4057 b y pelicula poliester/polietileno transparente medida 200 mm x 70 m con indicador quimico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de ancho. presentacion: caja



con 4 rollos. numero de catalogo: 12420 o 42422. para uso en el equipo: esterilizador de baja temperatura a traves de plasma de peroxido de hidrogeno. clave: 531.385.1031. marca: advanced sterilization products (asp). modelo: sterrad 100s sterrad 100nx sterrad nx.

A.- Participante. Grupo Emequr S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

16.- indicador biologico

Clave SAI: 379.454.0058.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características indicador biologico de lectura rapida por fluorescencia (30 min) sterrad velocity compuesto por: un vial de plastico transparente con tapa de ventilacion cubierta con una etiqueta de tyvek con un codigo qr que contiene la informacion del lote y fecha de caducidad, una ampolla de cristal con medio de cultivo liquido disenado para fomentar el crecimiento de esporas y un disco con esporas de *Cobacillus stearothermophilus* atcc 7953 con una poblacion de mas de un millon de esporas. pieza. presentacion: caja con 30 piezas. numero de catalogo: 4321030. para su uso en el equipo: esterilizador de baja temperatura a traves de plasma de peroxido de hidrogeno. clave: 531.385.1031. marca: sterrad. modelo: 100s, nx, 100nx, nx all clear y 100nx all clear.

A.- Participante. Grupo Emequr S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

17.- circuito extracorporeo

Clave SAI: 379.200.3208.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características circuito extracorporeo de pvc interconectado. contiene: 4 segmentos para bomba, una linea de heparina para conectar jeringas, una linea para liquido de hemodialisis, una linea para fluido de remplazo, una linea de acceso al paciente, una linea de coleccion de volumen extraido. 4 transductores de presion. un filtro de membrana an69 tamaño st150, una bolsa para drenaje del liquido de cebado, una bolsa para recoleccion de volumen extraido post dilucion. esteril y desechable. presentacion: set. numero de catalogo: 107640 (st150). para su uso en el equipo: equipo para terapia de remplazo renal continuo (crrt). clave: 531.340.0235. marca: gambro. modelo: prismaflex.

A.- Participante. Baxter S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

18.- solucion coadyuvante

Clave SAI: 379.821.3637.00.01

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características solucion coadyuvante del equilibrio hidro-electrolitico y del ph en pacientes bajo sustitucion renal continua. solucion esteril, para utilizarse en pacientes bajo sustitucion renal continua en pacientes con falla renal aguda, y en otros casos, cuando se requiere de la remocion de liquidos o solutos, como en los casos de envenenamiento agudo por medicamentos o drogas que son dializables. la solucion no entra en contacto con el torrente sanguineo del paciente. bolsa doble que contiene una solucion electrolitica (a) y otra amortiguadora (b). antes de la mezela, cada 1000 ml contienen: calcio 3.5 meq/l, magnesio 1 meq/l; sodio 140 meq/l; cloro 109.5 meq/l; lactato 3 meq/l; bicarbonato 32 meq/l; agua para inyeccion. presentacion: empaque con 2 bolsas de 5000 ml por paquete. numero de catalogo: 6054351. para su uso en el equipo medico: clave 531.340.0235 equipo de hemofiltracion para terapia renal continua. marca: gambro. modelo: prisma.

A.- Participante. Baxter S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

19.- solucion coadyuvante

Clave SAI: 379.821.3629

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características solucion coadyuvante del equilibrio hidro-electrolitico y del ph en pacientes bajo sustitucion renal continua. solucion esteril, para utilizarse en pacientes bajo sustitucion renal continua en pacientes con falla renal aguda, y en otros casos, cuando se requiere de la remocion de liquidos o solutos, como en los casos de envenenamiento agudo por medicamentos o drogas que son dializables. la solucion no entra en contacto con el torrente sanguineo del paciente. bolsa doble que contiene una solucion electrolitica (a) y otra amortiguadora (b). antes de la mezcla, cada 1000 ml contienen: potasio 4 meq/l, calcio 2.5 meq/l; magnesio 1.5 meq/l; sodio 140 meq/l; cloro 113 meq/l; lactato 3 meq/l; bicarbonato 32 meq/l; glucosa 110 mg/ml; agua para inyeccion. presentacion: empaque con 2 bolsas de 5000 ml por paquete. numero de catalogo: 6054356. para su uso en el equipo medico: clave 531.340.0235 equipo de hemofiltracion para terapia renal continua. marca: gambro. modelo: prisma.

A.- Participante. Baxter S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

20.- tubo de la bomba

Clave SAI: 379.903.4461.00.01



GOBIERNO DE
MÉXICO



Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características tubo de la bomba para uso de 24 horas con tres puntas, dos son para los contrastes y uno es para la solución salina, integrado con una unidad de detector de presión y una unidad de filtro de partículas desechable, esteril, libre de latex presentación: pza. número de catálogo: xd8003. para su uso en el equipo: inyector de medio de contraste automático de al menos 100 programas de inyección, dual y triple cabezal, de bomba de rodillos, monitor de 12" con tecnología táctil, batería de al menos 8 horas de respaldo, contraste de cualquier marca de 50 ml a 500ml. presentación: pza. número de catálogo: xd8000. para su uso en los equipos: tomografía computarizada multicortes de 16 o 20 cortes, unidad para. clave: 531.254.0049; tomografía computarizada multicortes de 32 o 40 cortes, unidad para. clave: 531.254.0148 y para el equipo tomografía computarizada multicortes de 64 cortes, unidad para. clave: 531.254.0155 . clave: 526.380.0400. marca: ulrich. modelo: ct motion. refl: folleto pag 5, manual pag 13, 43, 110

A.- Participante. labz distribuidora medica S.A. de C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE
"Seguridad y Solidaridad Social"

ATENTAMENTE
"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Álvaro Verduzco Correa.
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.
Área Técnica

