



GOBIERNO DE
MÉXICO



División de Ingeniería Biomédica
UMAE Hospital de Especialidades CMNO

DIB/137/2025
Guadalajara Jalisco, 7 de Abril del 2025

Ing. Adrián Alonso Castillo García
Jefe del Departamento de Abasto.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como en relación a la adjudicación AA-050-GYR-050GYR-T28-2025 de consumibles de equipo médico se anexa el dictamen técnico correspondiente. Lo anterior en estricto apego a las base técnicas biomédicas en cuestión.

1. Lápiz de Electrocirugía

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: lápiz desechable control de mano, hoja desechable "ultraclean®", boton de activación "goldline®", electrodo de 1" "ultraclean®", cable de 11' (3m), funda. Paquete con 40 piezas. Presentación: paquete. Numero de catalogo:

Numero de Cuadro Básico: 379 443 0128 00 01

Participante. Servicio e Integración Biomédica de México, S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

2. Placa de Electrocirugía

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: placas dobles desechables para adulto. Presentación: caja (100 piezas). Numero de catalogo: 410-2000. Para su uso en el equipo clave: 531 328 0124 unidad de electrocirugía intermedia. marca: conmed. modelo: sobre 180/ 1000 ses.

Numero de Cuadro Básico: 379 704 0056 00 01

Participante. Servicio e Integración Biomédica de México, S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: Aprobada

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE
"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Álvaro Verduzco Correa.
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.
Área Técnica

Recibo
07-04-25
15:00
BR



Fernando

