

Jorge - Anexa el expediente y continuar con proceso de contratación



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



UMAE, Hospital de Especialidades, CMNO.
"Lic. Ignacio García Téllez".
División III Neuromusculoesquelético (NME).

Guadalajara, Jal. a 13/Agosto/2026

No. Ref. 14A6031C/DIV.NME/22/178/2026

Para:

Ing. Adrian A. Castillo Garcia.
Jefe del Departamento de Abastecimientos.
HE CMNO UMAE.

Asunto: Evaluación Técnica para el de contratación SC-2026-00031138 para la
**ADQUISICION DE SISTEMA DE NEUROESTIMULACION IMPLANTABLE PARA
DESORDENES DE MOVIMIENTO DE PARKINSON. (2 Amparos)**

Los participantes que a continuación se enumeran, solo participan para ofertar los sistemas solicitados.

Participantes:

1. Promédica García SA de CV
 - a. Cumple sus propuestas en lo descriptivo técnico y medico en el sistema de Neuroestimulación Cerebral Profunda presentado ambos casos.

Se anexa documento del licitante, con la descripción de la clave y resultado de la evaluación de ésta.

Solo se envía documentación completa al destinatario de este requerimiento, para los que se copia es solo informativo.

Sin más por el momento reciba un afectuoso saludo.

Atentamente,

Dr. Marcos G. Martínez Godínez
Jefe de la División de Neuromusculoesquelético.
HE CMNO UMAE.

Dr. Marcos G. Martínez Godínez
JEFE DE DIVISION III
Neuromusculoesquelético
Mat. 1. 301805 D.G.P 4896538
HE CMNO

U.M.A.E. HOSP. DE ES.
DEPTO. DE
ABASTECIMIENTO

13 AGO 2026

RECIBIDO

Ccp. Dr. Eduardo González Espinoza – Director.
Dr. Carlos Beas Ruiz-Velasco. (Encargado) Director Médico.
Mtro. Luis Medina Maldonado. Director Administrativo.
Lic. Luis Antonio Macías Lee – División Jurídica.

2026
año de
Margarita
Maza



NOMBRE DEL LICITANTE : PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BELEN 1026
COL ALCALDE BARRANQUITAS
CP 44270

FECHA
RFC PGA-920128-97A

13 de agosto de 2026

TEL 3613 13 99 EXT 107

CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@promedica-garcia.com
PROPUESTA ECONOMICA

FABRICANTE:
DISTRIBUIDOR: X
NO DE PROVEEDOR: 0000034572

PART.	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANT. MÁX	CUMPLIMIENTO
1	060 345 3408 00 02	SISTEMA DE NEUROESTIMULACION IMPLANTABLE PARA DESORDENES DE MOVIMIENTOS DE PARKINSON. NEUROESTIMULADOR IMPLANTABLE DEFINITIVO MULTIPROGRAMABLE. PARA EL TRATAMIENTO DE MOVIMIENTOS DE PARKINSON O TREMOR. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: NEUROESTIMULADOR DEFINITIVO IMPLANTABLE, MULTIPROGRAMABLE, CON EXTENSION, ELECTRODOS IMPLANTABLES E IMANES O CONTROL PARA ENCENDIDO Y APAGADO CON FUNCIONES PROGRAMABLES, ENCENDIDO Y APAGADO, CON TELEMETRIA Y UN PESO DE 55 GRAMOS O MENOR, ALIMENTADO CON BATERIAS, REFACCIONES. LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS OPCIONALES, NO REQUIERE CONSUMIBLES. LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CARBON/OXIDO DE VANADIO Y PLATA DE LITIO. ELECTRODO TETRAPOLAR A OCTAPOLAR, CON O SIN DIRECCIONALIDAD PARA ESTIMULACION CEREbral PROFUNDA DE PLATINO-IRIDIO, CON GOMA DE SILICON O POLIURETANO, CONDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE O PLATINO-IRIDIO Y AISLAMIENTO DE PROPILENOL O POLIURETANO CON ANCLAJE PARA SISTEMA DE FILACION, NEUROEXTENSION BIPOLAR A OCTAPOLAR EN LINEA DE INTERFASE ENTRE LA FUENTE DE PODER Y EL ELECTRODO IMPLANTABLE DE PLATINO-IRIDIO CON GOMA DE SILICON O POLIURETANO, CONDUCTOR DE NIQUEL Y ACERO INOXIDABLE O PLATINO-IRIDIO Y AISLAMIENTO DE SILICON Y/O POLIURETANO, IMANES O CONTROL, REMOTO PARA ENCENDIDO Y APAGADO, DE FUENTE DE PODER O NEUROESTIMULADOR, INSTALACION, NO REQUIERE OPERACION POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.	EQP-1-EQP	MEDTRONIC EUROPE SARL-MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. JUNCOS	MEDTRONIC	EUA	1	SI CUMPLE
2	060 345 3408 00 02	SISTEMA DE NEUROESTIMULACION IMPLANTABLE PARA DESORDENES DE MOVIMIENTOS DE PARKINSON. NEUROESTIMULADOR IMPLANTABLE DEFINITIVO MULTIPROGRAMABLE. PARA EL TRATAMIENTO DE MOVIMIENTOS DE PARKINSON O TREMOR. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: NEUROESTIMULADOR DEFINITIVO IMPLANTABLE, MULTIPROGRAMABLE, CON EXTENSION, ELECTRODOS IMPLANTABLES E IMANES O CONTROL PARA ENCENDIDO Y APAGADO CON FUNCIONES PROGRAMABLES, ENCENDIDO Y APAGADO, CON TELEMETRIA Y UN PESO DE 55 GRAMOS O MENOR, ALIMENTADO CON BATERIAS, REFACCIONES. LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS OPCIONALES, NO REQUIERE CONSUMIBLES. LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CARBON/OXIDO DE VANADIO Y PLATA DE LITIO. ELECTRODO TETRAPOLAR A OCTAPOLAR, CON O SIN DIRECCIONALIDAD PARA ESTIMULACION CEREbral PROFUNDA DE PLATINO-IRIDIO, CON GOMA DE SILICON O POLIURETANO, CONDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE O PLATINO-IRIDIO Y AISLAMIENTO DE PROPILENOL O POLIURETANO CON ANCLAJE PARA SISTEMA DE FILACION, NEUROEXTENSION BIPOLAR A OCTAPOLAR EN LINEA DE INTERFASE ENTRE LA FUENTE DE PODER Y EL ELECTRODO IMPLANTABLE DE PLATINO-IRIDIO CON GOMA DE SILICON O POLIURETANO, CONDUCTOR DE NIQUEL Y ACERO INOXIDABLE O PLATINO-IRIDIO Y AISLAMIENTO DE SILICON Y/O POLIURETANO, IMANES O CONTROL, REMOTO PARA ENCENDIDO Y APAGADO, DE FUENTE DE PODER O NEUROESTIMULADOR, INSTALACION, NO REQUIERE OPERACION POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.	EQP-1-EQP	MEDTRONIC EUROPE SARL-MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. JUNCOS	MEDTRONIC	EUA	1	SI CUMPLE

U.M.A.E. HOSPITAL DE LOS
DEPTO. DE
ABASTECIMIENTO

13 AGO 2026

RECIBIDO

Nombre de quien realiza la evaluación técnica: Dr. Marcos G. Martínez Gdz.

Dr. Marcos G. Martínez Godínez
Jefe de División III
Neurociencias Quirúrgicas
Tel. 1136131305 D.G.P. 4896538
UMAE HCT CAJANO