



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ADA-094



FECHA: 19 de agosto de 2025.

EVALUACIÓN TÉCNICA

De conformidad con el Artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 4.25 inciso f) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en el ejercicio de las atribuciones que se me confieren en mi calidad de Área Técnica, me permito enviar la **EVALUACIÓN TÉCNICA** de las proposiciones recibidas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional **LA-50-GYR-050GYR079-N-39-2025** para la contratación del **SERVICIO SUBROGADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA**.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.39.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, se remite el resultado técnico.

ATENTAMENTE

Dr. Daniel Estrada García.
Encargado de la Dirección Médica.
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del C.M.N.O.



IMSS DELEGACIÓN ESTATAL JALISCO
UMAE H. GINECO-OBSTETRICIA CMNO

19 AGO 2025

RECIBIDO

DEPTO ABASTECIMIENTO Y EQUIPO



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Av. Belisario Domínguez No. 771, Col. Independencia, CP. 44340, Guadalajara, Jalisco. Tel: (33) 3668 3000 www.imss.gob.mx

SERVICIO SUBROGADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4.

SERVICIO SUBROGADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS		LICITANTES		
NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	No. ANEXO Ó DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	CENTRO HOSPITALARIO MAC, S.A. DE C.V.	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C.
	1	Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (Uno), el cual forma parte de estas bases.	CUMPLE	CUMPLE
	2	folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios.	CUMPLE	NO CUMPLE; UNCAMENTE PRESENTA FOLLETO EN INGLES
	Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.1 (Calidad del Servicio) de la presente convocatoria, según corresponda.			
	3	Instalaciones del proveedor	CUMPLE	CUMPLE
	4	Unidad de tomografía de alta definición, de marca reconocida en el mercado internacional, de modelo reciente y que demuestre sus controles de mantenimiento preventivo	CUMPLE	CUMPLE
	5	Sala de exploración, sala donde se coloca al paciente para su diagnóstico.	CUMPLE	CUMPLE
	6	Sala técnica de trabajo del equipo, destinada al equipamiento electrónico que hace posible el funcionamiento del equipo	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	7	Sala de control, la cual deberá contar con el ordenador del sistema, monitores, equipamiento y alarmas y estaciones de trabajo	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	8	Sistema de registro de imágenes	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	9	Equipo de reanimación y oxígeno	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	10	Facilidades arquitectónicas para efectuar las actividades de diagnóstico propias de establecimiento	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	11	Especificaciones de estructura que permitan a las personas con discapacidad el acceso, tránsito y uso de camillas en el establecimiento	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	12	Letreros de horarios de atención e información al público y señalización de salidas de emergencia	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	13	Gabinete tomografía del proveedor, el cual deberá estar ubicado dentro de la localidad en la que participe, y deberá atender a los derechohabientes del instituto que acudan, mediante el uso y control del formato establecido.	CUMPLE	NO LO PRESENTA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	14	Carro rojo con desfibrilador en el área	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	15	Máquina de anestesia	CUMPLE	NO LO PRESENTA


SERVICIO SUBROGADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4.

SERVICIO SUBROGADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS		LICITANTES		
NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	No. ANEXO Ó DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	CENTRO HOSPITALARIO MAC, S.A. DE C.V.	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C.
	16	Instalaciones adecuadas, en tamaño, cantidad y distribución, para atender a los derechohabientes referidos y la distribución espacial y mobiliario del área de espera deberán cumplir los lineamientos señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	17	Licencia Sanitaria.	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	18	Licencia Municipal.	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	19	Aviso de Funcionamiento	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	20	Autorización del responsable sanitario.	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	21	Licencia de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	22	Programa Interno de Protección Civil.	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	23	Médico Radiólogo para la interpretación de los estudios - Título y cédula de la especialidad. - Certificado avalado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen A. C. - Certificado de capacitación del equipo de Tomografía.	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	24	Anestesiólogo para los casos que se requiere sedación de pacientes programados. -Título y cédula de la especialidad. -Certificado avalado por el Consejo Mexicano de Anestesiología A.C.	CUMPLE	NO LO PRESENTA
	25	Enfermeras generales que apoyan los procedimientos - Título y cedula profesional de las enfermeras generales	CUMPLE	NO LO PRESENTA
			CUMPLE	NO CUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA



Dr. Daniel Estrada García
Encargado de la Dirección Médica
U.M.A.E. Hospital de Gineco-Obstetricia del C.M.N.O.