



JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:30 horas, del día 11 de febrero del año 2026, a través de la plataforma Compras Mx, en la Oficina de Adquisiciones, ubicada en la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia del CMNO, Avenida Belisario Domínguez número 771 sótano, Colonia Independencia, C.P. 44340, se reunieron los Servidores Públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), así como del numeral 6.1 de la Convocatoria.-----

El acto fue presidido por el L.A. Francisco Javier Cabrera Chávez, Jefe del Departamento de Abastecimiento, Servidor Público facultado para llevar a cabo el presente procedimiento, de conformidad con lo que establece el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el punto 5.3.8 inciso c) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, contando con la presencia del Auditor el Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez por parte Oficina Regional Número 5 del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Mtra. Milagros Carmelita Arenas Sevilla, Jefa de Oficina de lo Consultivo de la División de Asuntos Jurídicos de la UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del CMNO, así como de los Servidores Públicos por parte de la convocante, del área técnica conforme se detalla en rúbricas de los participantes, quiénes de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solamente atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria, de los Licitantes que hayan enviado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación Pública a través de Compras Mx y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación. -----

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley y al punto 6.1 de la Convocatoria a la Licitación, se procedió a verificar el Sistema Compras Mx, identificándose a 20 Licitantes interesados que expresaron su manifiesto en participar y de los cuales solamente 04, siendo EDUARDO CHAVEZ RIVERA, INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V., KORALLMEDICS, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI, S.A. DE C.V. enviaron sus preguntas y aclaraciones en tiempo y forma, como sigue:





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026

Código del expediente: LA-50-GYR-050GYR079
Número del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
Estatus del procedimiento de contratación: VIGENTE 3A

Código interno del procedimiento: P-2023-00088072
Nombre del procedimiento de contratación: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Ubicación que ha manifestado proporcionar: [Empty field]

Inicio Operativa, Requerimientos, Soluciones de adhesión, Preguntas, Evaluación, Configuración de ODS, Filtro, Datos recursos del contrato, Acciones de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1
Fecha y hora de junta de aclaraciones: 13/02/2026 09:00
Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compra.MI: 09/02/2026 09:00

Empresas que han manifestado interés en participar
[Empty field]
[Empty field]

Table with columns: Num., Usuario, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expiración de lista, Manifesto, Accion(es) de Solicitud de Aclaraciones, Accion(es) de Preguntas. Contains 24 rows of company data.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 6 columns: ID, Name, Date, Date, Status, and Action. It lists various medical suppliers and their registration details.

El presente acto fue asistido por el jefe de la División de Ingeniería Biomédica, quién solventó las aclaraciones de carácter técnico y los Representantes del área Contratante del Departamento de Abastecimiento, solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyo nombre y firma aparecen al final de la presente acta.

De conformidad con el Artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la Convocante resuelve en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos de la convocatoria.

Table with 5 columns: PREGUNTA NÚMERO, LICITANTE, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains one question regarding the bidding process.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

2	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	3.2.2.1. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES	DICE: EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ENTREGAR LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE UTILIZARÁN LOS BIENES OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN, CONFORME LAS CANTIDADES ESPECIFICADAS DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS PERMITA ENTREGAR LOS BIENES HASTA 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DEBERA DE APEGARSE A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
3	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	PARTIDA 2.	OXIMETRO DE PULSO DE MESA. 40 EQUIPOS. FICHA TÉCNICA. PUNTO 1.3 DICE: ALGORITMO INTELIGENTE IFASTBP. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTE ALGORITMO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SI CUMPLE MINIMO CON LAS CARACTERISTICAS DE ESTA TECNOLOGIA O SUPERIOR Y DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DERIVADO DE QUE EN TORNO AL TIPO DE PATOLOGIAS ESPECIFICAS QUE SON TRATADAS EN LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, DENTRO DE LA DIVISION DE NEONATOLOGIA. SON TRATADOS PACIENTES NEONATALES LOS CUALES PADECEN SINDROME DE SUPRESIÓN POR TOXICOMANIA MATERNA, PACIENTES CON ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA (SARAT I) Y SINDROME CONVULSIVO, SIENDO ESTAS PATOLOGIAS CAUSANTES DE MOVIMIENTOS BRUSCOS, ERRATICOS E INVOLUNTARIOS POR PARTE DE LOS PACIENTES GENERANDO ASI UNA NECESIDAD ENORME EL ADQUIRIR UNA TECNOLOGIA ESPECIFICA PARA MEJORAR LA TOMA DE PRESION ARTERIAL AUN EN CONDICIONES DIFICILES Y CON PRESENCIA DE MOVIMIENTOS.
4	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	PARTIDA 2.	MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO 1. 80 MONITORES. FICHA TÉCNICA. PUNTO 1.1.5 DICE: CON ALGORITMO INTELIGENTE IFASTBP. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA ACORDE A CADA FABRICANTE PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SI CUMPLE MINIMO CON LAS CARACTERISTICAS DE ESTA TECNOLOGIA O SUPERIOR Y DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DERIVADO DE QUE EN TORNO AL TIPO DE PATOLOGIAS ESPECIFICAS QUE SON TRATADAS EN LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, DENTRO DE LA DIVISION DE NEONATOLOGIA. SON TRATADOS PACIENTES NEONATALES LOS CUALES PADECEN SINDROME DE SUPRESIÓN POR TOXICOMANIA MATERNA, PACIENTES CON ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA (SARAT I) Y SINDROME CONVULSIVO, SIENDO ESTAS PATOLOGIAS CAUSANTES DE MOVIMIENTOS BRUSCOS, ERRATICOS E INVOLUNTARIOS POR PARTE DE LOS PACIENTES GENERANDO ASI UNA NECESIDAD ENORME EL ADQUIRIR UNA TECNOLOGIA ESPECIFICA PARA MEJORAR LA TOMA DE PRESION ARTERIAL AUN EN CONDICIONES DIFICILES Y CON PRESENCIA DE MOVIMIENTOS.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 5 columns: Item number, Service description, Partida, Question/Requirement, and Answer/Clarification. Contains 3 rows of data regarding medical equipment specifications and acceptance criteria.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 4 columns: Item ID, Description, Partida, and Details. Contains items 8, 9, and 10 regarding medical consumables and equipment.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 5 columns: Item Number, Service Name, Partida, Description, and Remarks. Contains 5 rows of technical specifications for medical equipment like CPAP systems and humidifiers.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

16	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFISA DE CV	PARTIDA 4.	RENGLÓN 3. CUCOP-25401-0322. DICE: 379 458 0062 00 01 INTERFAZ NAONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y CON NCPAP, COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL, TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 100 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACIÓN: CAJA CON 5 PIEZAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LAS CLAVES SOLICITADAS ESTAN APEGADAS AL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE OMITIERON MARCAS, NUMERO DE CATALOGO Y USO EN EQUIPO ESPECIFICO, POR LO QUE DEBERAN OFERTAR ALA CLAVE ESPECIFICADA.
17	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFISA DE CV	PARTIDA 4.	20 HUMIDIFICADORES. FICHA TÉCNICA. PUNTO 1. DICE: DESCRIPCIÓN. HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXIGENO ALTO FLUJO NEONATAL DE AIRE / OXIGENO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AÑADIR LA CARACTERÍSTICA: PARA USO CON CIRCUITOS DE VENTILACIÓN Y CÁMARAS UNIVERSALES, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SI CUMPLE MINIMO CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS O SUPERIOR Y DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES
18	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFISA DE CV	PARTIDA 4.	20 HUMIDIFICADORES. FICHA TÉCNICA. PUNTO 1.1.7.6 DICE: ALARMA DE DESCONEXIÓN DEL CARTUCHO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SI CUMPLE MINIMO CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS O SUPERIOR Y DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES
19	EDUARDO CHAVEZ RIVERA	PARTIDA NUMERO 6	REFERENTE AL PAQUETE 6 COMPRENDIDO 7 RENGLONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS DEFINA SI EL CONJUNTO DE ESTAS PARTIDAS, SE ENTREGARAN EN SU TOTALIDAD POR EL LICITANTE ASIGNADO, PARA QUE SEAN COMPATIBLES CON UNA SOLA MÁQUINA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA.	ES CORRECTA SU APRECIACION
20	EDUARDO CHAVEZ RIVERA	PARTIDA NUMERO 6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DEFINA SI EL PAQUETE 6 EN EL RENGLÓN 2 CON CLAVE 379 274 0064 00 01 DEPOSITO DE 800 ML CON SOLIDIFICADOR. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NOS PERMITA COTIZAR CON MINIMO LA MEDIDA DE 1000ML ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
21	EDUARDO CHAVEZ RIVERA	PARTIDA NUMERO 6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DEFINA SI DEBEMOS APEGARNOS JUSTA Y CABALMETE A EL PAQUETE 6 EN EL RENGLÓN 7 CON CLAVE 379 682 0383 00 00 PARCHES ADHESIVO PARA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DRENAJE Y LA PRESENTACIÓN DE UN SELLO ADHESIVO, DIMENSIONES 7 CM X 10 CM. PRESENTACIÓN CAJA CON 10 O NOS PERMITA OFERTAR SET TRAC PAD QUE CONTIENE: PELICULA ADHESIVA Y TUBO CONECTOR PRESENTACIÓN EN PIEZA. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 5 columns: ID, Name, Item Description, Question/Request, and Answer. Rows 22-26 contain specific queries and responses regarding technical specifications and requirements for medical equipment and consumables.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA

NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

27	KORALLMEDICS SA DE CV	ANEXO TECNICO PARTIDA 6 RENGLON 4	PARTIDA 6 RENGLON 4 CUCOP 25401-0206 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN LA PARTIDA MENCIONADA, UNO PUEDE OFERTAR UNA ESPONJA OVALADA DE 18 CMS X12.5 CMS X 3.2CMS ADICIONAL CON POLIURETANO RETICULADO GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, Y QUE ADEMAS CONTIENE PLATA, LA CUAL ES UN ANTIMICROBIANO COADYUBANTE PARA ELIMINAR PATOGENOS, COMO BIOFILM Y A MEJORAR LOS RESULTADOS DE CIERRE DEL LECHO DE LA HERIDA, CON RESULTADOS CLINICOS COMPROBADOS Y MISMO QUE SEA COMPATIBLE CON LA MAQUINA A OFERTAR SIN QUE SEA LIMITANTE PARA CADA OFERENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
28	KORALLMEDICS SA DE CV	ANEXO TECNICO PARTIDA 6 RENGLON 5	PARTIDA 6 RENGLON 5 CUCOP 25401-0206 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN LA PARTIDA MENCIONADA, UNO PUEDE OFERTAR UNA ESPONJA OVALADA DE 25.6 CMS X 15 CMS X 3.2CMS. ADICIONAL CON POLIURETANO RETICULADO GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, Y QUE ADEMAS CONTIENE PLATA, LA CUAL ES UN ANTIMICROBIANO COADYUBANTE PARA ELIMINAR PATOGENOS, COMO BIOFILM Y A MEJORAR LOS RESULTADOS DE CIERRE DEL LECHO DE LA HERIDA, CON RESULTADOS CLINICOS COMPROBADOS Y MISMO QUE SEA COMPATIBLE CON LA MAQUINA A OFERTAR SIN QUE SEA LIMITANTE PARA CADA OFERENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
29	KORALLMEDICS SA DE CV	ANEXO TECNICO PARTIDA 6 RENGLON 6	PARTIDA 6 RENGLON 6 CUCOP 25401-0206 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN LA PARTIDA MENCIONADA, UNO PUEDE OFERTAR UNA ESPONJA OVALADA DE 80.2 CMS X 66.50 CMS CON UNA ESPONJA ENCAPSULADA CON UN GROSOR DE 10 MM, EN FORMA DE ESTRELLA ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX, DOS PIEZAS DE ESPUMA PERFORADAS, LAS CUALES ESTA HECHAS A BASE DE ESPUMA DE CÉLULA ABIERTA DE POLIURETANO DE FORMA OVAL, EL TAMAÑO DEL PORO ES DE 500 A 600 MICRAS, CUATRO APÓSITOS ADHESIVOS, CUENTAN CON UNA PELÍCULA DE APOYO Y RECUBRIMIENTO DE LIBERACIÓN, ELABORADA DE POLIETILENO Y UNA PELÍCULA PORTADORA DE ADHESIVO DE ACRÍLICO. MISMA TECNOLOGIA QUE ES MEJOR QUE CUALQUIER OPCION EN EL MERCADO Y QUE ADEMAS SEA COMPATIBLE CON LA MAQUINA A OFERTAR SIN QUE SEA LIMITANTE PARA CADA OFERENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 4 columns: ID, Company Name, Reference, Question/Clarification, and Answer. Contains items 30, 31, 32, and 33 regarding technical specifications and fiscal obligations.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

34	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	<p>PARTIDA 3 RENGLÓN 1 CLAVE 379.200.4548.00.00. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE SAI: "379. 200. 3554.00. 01 CIRCUITO DE VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA NEONATAL.</p> <p>CABLECALEFACTOR EN ESPIRAL DOBLE EN RAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL Y TRAMPA DE AGUA ENRAMA EXHALATORIA COLOR BLANCA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE REDUCTOR, CAMARA DEHUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES.</p> <p>PRESENTACION: CAJA CON 10PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: RT228. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DEINTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 YHUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO:VARIOS." EL CIRCUITO DE LA PROPUESTA ESTÁ DISEÑADO PARA LA FUNCIÓN TÉCNICA DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA NEONATAL, POR LO QUE CUMPLE CON EL USO Y FUNCIÓN TÉCNICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE PARA ESTE RENGLÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LAS CLAVES SOLICITADAS ESTAN APEGADAS AL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE OMITIERON MARCAS, NUMERO DE CATALOGO Y USO EN EQUIPO ESPECIFICO, POR LO QUE DEBERAN OFERTAR ALA CLAVE ESPECIFICADA.
35	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	<p>PARTIDA 3 RENGLÓN 2 CLAVE 379.200.4552.00.00 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE SAI: 379.200.3471.00.01 CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CON CAMARA Y VALVULA DE ALIVIO DE PRESION CON PUERTO DEMONITOREO DE PRESION Y OXIGENO REDUCCION DE CONDENSACION ALAMBRE CALEFACTORCOMPATIBLE CON CANULAS OPTIFLOW JR. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: RT330. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR- HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CONCALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. EL CIRCUITO DE LA PROPUESTA ESTÁ DISEÑADO PARA LA FUNCIÓN TÉCNICA DE ALTO FLUJO NEONATAL POR LO QUE CUMPLE CON EL USO Y FUNCIÓN TÉCNICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE PARA ESTE RENGLÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LAS CLAVES SOLICITADAS ESTAN APEGADAS AL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE OMITIERON MARCAS, NUMERO DE CATALOGO Y USO EN EQUIPO ESPECIFICO, POR LO QUE DEBERAN OFERTAR ALA CLAVE ESPECIFICADA.
36	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	<p>PARTIDA 3 RENGLÓN 3 CLAVE 379.200.4544.00.00 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, QUE NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE SAI: "379.200.3422.00.01 CIRCUITO DESECHABLE PEDIATRICO/ADULTO, CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS. RAMAINSPIRATORIA CON MICROCELL Y EXHALATORIA DE MATERIAL EVAQUA. INCLUYE FILTROVIRICO/BACTERIANO EXHALATORIO.</p> <p>PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: RT380. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR- HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CONCALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS." EL CIRCUITO DE LA PROPUESTA ESTÁ DISEÑADO PARA LA FUNCIÓN TÉCNICA DE VENTILACIÓN PARA PACIENTE ADULTO, POR LO QUE</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LAS CLAVES SOLICITADAS ESTAN APEGADAS AL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE OMITIERON MARCAS, NUMERO DE CATALOGO Y USO EN EQUIPO ESPECIFICO, POR LO QUE DEBERAN OFERTAR ALA CLAVE ESPECIFICADA.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 4 columns: Item ID, Description, Annex, and Clarification. Row 37: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV, ANEXO TÉCNICO, Partida 3 Replón 4 Clave 379.817.0333.00.00... Row 38: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV, ANEXO TÉCNICO, Partida 3 Replón 4 Clave 379.817.0333.00.00...



Handwritten signature



JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 4 columns: Item number (39), Description (INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV), Reference (DE LA FICHA TÉCNICA), and Technical specifications (DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS HUMIDIFICADORES SOLICITADOS PARA LA PARTIDA 3, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, QUE NOS PERMITA OFERTAR 45 HUMIDIFICADORES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, QUE CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIÓN TÉCNICA SOLICITADA "HUMIDIFICADOR PARA PROPORCIONAR CALOR Y HUMEDAD A LOS GASES RESPIRATORIOS QUE SE SUMINISTRAN A LOS PACIENTES MANTENIMIENTO CONTROL DE LA CONDENSACIÓN AL MÍNIMO PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL": LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS PROPUESTAS SON LAS SIGUIENTES: "1. DESCRIPCIÓN: 1.1 HUMIDIFICADOR DE TIPO CASCADA SERVOCONTROLADO. 1.2 CON CONTROL ELÉCTRICO. 1.3 PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO DUAL. 1.4 CON SENSOR DE TEMPERATURA DUAL. 1.5 PANTALLA DIGITAL TIPO LED DE 3 DÍGITOS, 7 SEGMENTOS. 1.6 MODOS: 1.6.1 INVASIVO. 1.6.1.1 TEMPERATURA DE LA VÍA AÉREA DE 35 - 40 °C. 1.6.1.2 TEMPERATURA DE SALIDA DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE 35.5 - 42 °C. 1.6.1.3 RANGO DE FLUJO DE 0 A 60 L/MIN. 1.6.2 NO INVASIVO. 1.6.2.1 TEMPERATURA DE LA VÍA AÉREA DE 28 - 34°C. 1.6.2.2 TEMPERATURA DE SALIDA DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE 31 - 36 °C. 1.6.2.3 RANGO DE FLUJO DE 0 - 120 L/MIN. 1.7 DEBERÁ CONTAR CON CONTROL DE HUMEDAD. 1.8 RANGO DE TEMPERATURA EN DISPLAY DE 10 A 70 °C. 1.9 ALARMAS. 1.9.1 TEMPERATURA ALTA. 1.9.2 ALTA HUMEDAD. 1.9.3 DESCONEXIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA. 1.9.4 CON BOTÓN SILENCIADOR DE ALARMA DE 2 MINUTOS. 1.10 CON SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS PARA FUNCIONAR CON EL HUMIDIFICADOR. 2.1 SOPORTE DE MONTAJE EN EL VENTILADOR. 2.2 UN (1) SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUSABLE PARA EL HUMIDIFICADOR (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE SERIE). 2.3 UN (1) CABLE CALEFACTOR REUSABLE DE CIRCUITO DE PACIENTE COMPATIBLE CON EL HUMIDIFICADOR. 3. INSTALACIÓN: 3.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V +/- 10%, 60 HZ." ¿SE ACEPTA?





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Table with 4 columns: Item ID (40), Description (INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV), Reference (DE LA FICHA TÉCNICA), and Technical Specifications (DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS HUMIDIFICADORES SOLICITADOS PARA LA PARTIDA 4, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, QUE NOS PERMITA OFERTAR 20 HUMIDIFICADORES PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO NEONATAL DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, QUE CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIÓN TÉCNICA SOLICITADA "SISTEMA DE OXIGENOTERAPIA PARA BRINDAR ASISTENCIA VENTILATORIA MEDIAMENTE SUMINISTRO DE ALTOS FLUJOS DE AIRE Y OXÍGENO MEZCLADOS, HUMIDIFICADOS Y CALENTADOS A PACIENTES NEONATALES CON RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA MEDIANTE CÁNULA NASAL, QUE A SU VEZ, DE MANERA ALTERNATIVA BRINDE SOPORTE RESPIRATORIO MEDIANTE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CPAP) MEDIANTE GAS HUMIDIFICADO, CALENTADO Y UN GENERADOR DE BURBUJAS A PACIENTES NEONATALES CON RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA A TRAVÉS DE UNA MÁSCARA NASAL". LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS PROPUESTAS SON LAS SIGUIENTES:
"1. DESCRIPCIÓN
1.1 HUMIDIFICADOR SERVO CONTROLADO.
1.1.1 MODOS: INVASIVO Y NO INVASIVO.
1.1.2 TEMPERATURA DE LA VÍA AÉREA A 34° C EN MODO NO INVASIVO.
1.1.3 TEMPERATURA DE SALIDA DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE 31° C EN MODO VENTILACIÓN NO INVASIVA.
1.1.4 DEBERÁ CONTAR CON CONTROL DE HUMEDAD.
1.1.5 PANTALLA DIGITAL TIPO LED DE 3 DÍGITOS, 7 SEGMENTOS.
1.1.6 ALARMAS:
1.1.6.1 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES QUE DESPLIEGAN EN PANTALLA LO QUE ORIGINÓ EL PROBLEMA.
1.1.6.2 ALARMA TEMPERATURA BAJA.
1.1.6.3 ALARMA TEMPERATURA ALTA.
1.1.6.4 ALARMA DE FALLO DEL CIRCUITO CON ALAMBRE CALEFACTOR.
1.1.6.5 CON BOTÓN SILENCIADOR DE ALARMA DE 2 MINUTOS.
1.2 MEZCLADOR DE AIRE Y OXÍGENO.
1.2.1 RANGO AJUSTABLE DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO: 21 A 100%.
1.2.2 CONEXIÓN TIPO DISS (AIRE Y OXÍGENO).
1.2.3 PRECISIÓN DE FIO2: RANGO DE ERROR +/- 3% DE LA ESCALA COMPLETA.
1.2.4 PUERTO DE SALIDA PRINCIPAL Y AUXILIAR.
1.2.5 ARO DE PURGA.
1.2.6 ALARMA AUDIBLE EN CASO DE FALLO DE AIRE Y OXÍGENO.

NO SE ACEPTA DERIVADO QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SON DE TECNOLOGÍA INFERIOR A LAS SOLICITADAS EN BASES.





JUNTA DE ACLARACIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA
NÚMERO:
LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

41	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA FICHA TÉCNICA	<p>CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA ANTERIOR</p> <p>2. ACCESORIOS</p> <p>2.1 BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS 2 RUEDAS.</p> <p>2.2 BRACKET DE MONTAJE PARA HUMIDIFICADOR SERVO CONTROLADO Y GENERADOR DE BURBUJAS.</p> <p>2.3 BRACKET DE MONTAJE PARA MEZCLADOR DE AIRE Y OXÍGENO.</p> <p>2.4 SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUTILIZABLE PARA HUMIDIFICADOR SERVO CONTROLADO.</p> <p>2.5 CABLE CALEFACTOR DUAL REUTILIZABLE PARA HUMIDIFICADOR SERVO CONTROLADO.</p> <p>2.6 FLUJÓMETRO DE 0 A 3.5 LPM.</p> <p>2.7 FLUJÓMETRO DE 0 A 15 LPM.</p> <p>2.8 MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AIRE CON CONECTOR COMPATIBLE PARA TOMA MURAL DE LA UNIDAD MÉDICA.</p> <p>2.9 MANGUERA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON CONECTOR COMPATIBLE PARA TOMA MURAL DE LA UNIDAD MÉDICA.</p> <p>2.10 REGULADORES DE PRESIÓN PARA TOMA DE AIRE Y OXIGENO CON BRACKET DE SUJECCIÓN A LA BASE RODABLE DE ALTO FLUJO.</p> <p>3. MANTENIMIENTO</p> <p>3.1 PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS MANUALES.</p> <p>4. INSTALACIÓN</p> <p>4.1 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100 +/- 10V.</p> <p>4.2 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60 HZ.</p> <p>4.3 CONTACTO POLARIZADO GRADO MÉDICO." ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA DERIVADO QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SON DE TECNOLOGIA INFERIOR A LAS SOLICITADAS EN BASES.</p>
----	---	---------------------	---	--

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes el acta a través de la plataforma Compras MX, en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/>, siendo exclusiva responsabilidad de los participantes, enterarse de su contenido. -----

De conformidad con el Artículo 91 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los Licitantes tendrán un plazo de 6 horas para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas recibidas, concluyendo este tiempo a las 15:30 horas del día 11 de febrero del 2026. -----





JUNTA DE ACLARACIONES. LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

Esta Acta cuenta con un total de 18 hojas. -----

RÚBRICAS:

POR EL ÁREA CONTRATANTE.

NOMBRE:	ÁREA:	FIRMA:
L.A. Francisco Javier Cabrera Chávez.	Jefe del Departamento de Abastecimiento.	
Mtro. Luis Gerardo Guzmán Andalón.	Analista Coordinador C80.	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

NOMBRE:	ÁREA:	FIRMA:
Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez	Oficina regional número 05 del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.	

POR EL ÁREA TÉCNICA:

NOMBRE:	ÁREA:	FIRMA:
Ing. Oscar Eleazar Gonzalez Cazares	Jefe de la División de Ingeniería Biomédica	

POR EL ÁREA JURIDICA:

NOMBRE:	ÁREA:	FIRMA:
Mtra. Milagros Carmelita Arenas Sevilla	División de Asuntos jurídicos	





JUNTA DE ACLARACIONES. LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR079-T-2-2026 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES CON EQUIPO MÉDICO

LICITANTES QUE ENVIARON PREGUNTAS:

NOMBRE:	OBSERVACION
EDUARDO CHAVEZ RIVERA	FIRMA ELECTRONICAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LAASSP
INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	FIRMA ELECTRONICAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LAASSP
KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.	FIRMA ELECTRONICAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LAASSP
SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI, S.A. DE C.V.	FIRMA ELECTRONICAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LAASSP

-----FIN DEL ACTA-----





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>
