

CBD



COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

REMISION DEL PEDIDO

Fecha Remisión
29 de diciembre 2025

Folio de remisión
ADI-001-ASPMER

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR

ABSTEN DIAGNOSTIK S.A DE C.V
JUSTICIA NO.3080 INT.3, COL. RESIDENCIAL JUAN MANUEL
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44680

LUGAR
MÉRIDA, YUCATÁN

Proceso: LA-50-GYR-050GYR011-T-121-2025
Contrato No. 050GYR011T12125-001

Plazo:
30 de diciembre del 2025

Fecha de adjudicación:
12 de diciembre 2025

LUGAR DE ENTREGA

HOSPITAL 63 FRANCISCO DE MONTEJO
CALLE 30 No. 230 X 29, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO, C.P.
97203, MÉRIDA, YUCATÁN.

R.F.C.
ADI-100-114-HL3

RAMO IMSS GRUPO

PAG. 1/1

CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	1. DESCRIPCION EQUIPO	IMPORTE
1	PIEZA	\$29,600.00	531 081 0014 02 01	CLAVE PREI: 000000000011636 CLAVE SAI: 531.081.0014.02.01 PARTIDA: 19 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTÍNUA PAIS DE PROCEDENCIA: ESPAÑA	\$ 29,600.00
			MARCA:	HERSILL	MODELO:
			SERIES:		
			73798-0011		
			V7 PLUS B		

1 Descripción:

Aspiradores portátiles. Los modelos V7 plus b, están específicamente diseñados para ambulancia, transporte y uso en situaciones de emergencia, cumpliendo las normas de transporte sanitario. Desarrollados para retirar secreciones, vómitos, sangre, otros tejidos o fluidos de la cavidad del paciente.

1.1 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. El modo de operación continua del aspirador V7 PLUS B es de alto vacío: alto flujo. Los equipos de la gama de succión portátil de HERSILL: V7 Plus B, ofrecen exclusivamente succión continua.

1.1.1 Vacío máximo bomba: 0-630 mmHg, 84 kPa.

1.2 Manómetro de vacío de/a: 0-100 kPa / 0-760 mmHg. G: Indicador de vacío (vacuómetro)

1.3 Caudal libre de aire aspirado: 30 L/min.

1.4 Descripción del equipo. A: Unidad principal (carcasa) con panel de control.

1.4.1 Interruptor ON/OFF con protector. F: Interruptor de Encendido/ Apagado.

1.4.1.1 F: Interruptor de Encendido/Apagado. LED de encendido.

1.4.2 H: Mando de regulación del vacío. Mando de regulación del vacío.

Mando de regulación del vacío: Girar a la derecha (en el sentido del reloj) para aumentar el vacío. Girar a la izquierda (en el sentido contrario del reloj) para disminuir el vacío.

1.4.2.1 Manómetro de vacío de/a: 0-100 kPa / 0-760 mmHg.

1.5 Frasco: PC1 (polycarbonato, 1 L).

Frasco recolector de 1 L (escala: 0,80 L - capacidad: 1 L) ó 1,75 L (escala 1,30 L - capacidad: 1,7 L), graduado en milímetros, con válvula de seguridad, esterilizables en autoclave.

propuesta 2 frascos de polycarbonato de 1L.

1.5.1 Frasco recolector PC1 de 1 L (polycarbonato), con válvula de seguridad de sobrellenado: Esterilizable en autoclave hasta 121 °C.

1.5.2 Frasco recolector PC1 de 1 L (polycarbonato), con válvula de seguridad de sobrellenado: Esterilizable en autoclave hasta 121 °C.

1.5.3 Frasco recolector PC1 de 1 L (polycarbonato), con válvula de seguridad de sobrellenado: Esterilizable en autoclave hasta 121 °C.

1.5.4 Protección de la tapa: Sujeciones de bloqueo.

1.6 SOPORTE RODANTE. Materiales: aluminio, recubierto de pintura epoxy RAL 9022, plástico de alto impacto y con 5 ruedas de 50 mm.

1.6.1 Carcasa ergonómica ABS con asa de agarre, espacio para manguera y soporte para frasco. Diseñado para incorporar equipamiento de aspiración médica: vacuoreguladores, aspiradores portátiles y los frascos recolectores.

1.6.2 Soporte rodante con sistema de freno en dos ruedas.

1.7. Nivel de ruido: Motor integrado silencioso y sin vibraciones 49 dB (AS) / 1 m. Bomba de pistón. Todos los modelos sin aceite y libres de mantenimiento.

2 Accesorios y repuestos.

2.1 Manguera de aspiración reusable de 8 x 13 mm, con tomas rápidas: 30 cm de tubo hacia el equipo y 2 m hacia el paciente, se incluyen en la oferta 2 mangueras de interconexión de 2 metros.

2.2 TUBOS DE ASPIRACIÓN. Tubo en material en PVC o silicona para equipamiento de aspiración médica. Descripción. Materiales: Fabricado en PVC o silicona. Esterilización: Para la esterilización con ETO, Gamma, Beta o vapor. Longitud: 1 m / 2 m o longitud requerida. TUBO DE ASPIRACIÓN 8x13 mm CON CONECTORES. Tubo de aspiración transparente de 2 m, flexible y conectores rectos. Se incluyen en propuesta 2 tubos de aspiración de 2 metros cada uno.

3 Consumibles:

3.1 Filtro de bacterias hidrofóbico. FILTRO BACTERIANO/VIRAL HIDROFÓBICO. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: El material hidrofóbico HEPA permite la eliminación del partículas y bacterias. se incluyen en la oferta 3 filtros para bacterias.

4 Instalación: Cables de conexión eléctrica.

4.1 Conector 12/24 VDC. Conector 100-240 VAC 60 Hz y fusible.

5 Mantenimiento:

5.1 SE INCLUYE EN PROPUESTA Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE 36 MESES.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERV. DE PRESTACIONES MEDICAS
30 DIC. 2025

J. B. JOSÉ ANDRÉS ALVARADO NAVA
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL
MAT. 311330488

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADO REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERV. DE PRESTACIONES MEDICAS
J.B. JOSÉ ANDRÉS GONZÁLEZ RÍOS
INGENIERO BIOMÉDICO
MATRICULA: 311330488

CLAVE CUCOP: 53101338

REMISION DEL PEDIDO

SUBTOTAL \$ 29,600.00
IVA \$ 4,736.00
TOTAL \$ 34,336.00

IMPORTE: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N

DATOS COMPLEMENTARIOS:

ALTA:

CLASIFICACION PRESUPUESTAL
NO. DE PROVEEDOR:

1 3 7 1 3 3