

**ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES****LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026****"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.**

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **11:00 horas**, del **21 de abril de 2026**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), **90 y 91** de su Reglamento y en el numeral **4** de la referida Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Lic. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de la Plataforma Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

Quien preside el acto, es asistido por el Representante del Área Requirente adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas en calidad de representante del Área Técnica, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos **2 fracción III y 91 fracción III del Reglamento**; y por los representantes del Área Contratante, los cuales responden las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

De conformidad con los artículos **35 décimo párrafo** de la Ley y **90 sexto párrafo** de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma Compras MX, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **11:00 horas del 20 de abril de 2026**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y los escritos de interés en participar, a través de la Plataforma Compras MX de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	REPUBLICA MÉDICA SA DE CV	SI	4
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SI	55
TOTAL			59



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

Posteriormente y de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 91 fracción I, primer párrafo** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en razón de la cantidad y complejidad de las preguntas recibidas, y considerando el tiempo que llevará darles respuesta, la Convocante a solicitud del área requirente, procede a decretar una suspensión para continuar con la Junta de Aclaraciones a las **09:00 horas, del día 22 de Abril de 2026**, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado a través de la Plataforma Compras MX.

RECESO

Siendo las **09:00 horas del 22 de Abril de 2026**, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones, citada al rubro.

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgadas por la convocante (por el Área Técnica las de carácter Técnico y el Área Contratante, las de carácter legal y administrativo), como se indica a continuación:

1.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR: REPUBLICA MÉDICA S.A. DE C.V.

No.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	TÉCNICO	ANEXO T1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO, EN EL ANEXO T1 NO VIENEN ENLISTADOS PROCEDIMIENTOS DE OTORRINO, SIN EMBARGO EN EL ANEXO T11 NO SE SOLICITA MICRODEBRIDADOR, PERO EN EL ANEXO 2 SI SE ENLISTA, DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO SOLICITADO EN EL ANEXO T2 DE OTORRINO ES UN ERROR INVOLUNTARIO? Y NO ES NECESARIO ESTE EQUIPO?	NO SE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS DE OTORRINO, POR LO QUE NO SE REQUIERE EL EQUIPO MENCIONADO EN EL ANEXO T2 (537.277.0015 MICRODEBRIDADOR ELÉCTRICO PARA OÍDO Y NARIZ (ADULTO/PEDIÁTRICO))
2	TÉCNICO	CERTIFICACIONES	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NO PRESENTAR CERTIFICADO ISO A NOMBRE DEL LICITANTE SERA CAUSA DE DESCALIFICACION	ES CORRECTA SU APRECIACION.
3	TÉCNICO	ANEXO T1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EL PROCEDIMIENTO RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA NO VIENE CONTEMPLADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ENUNCIADOS EN EL ANEXO T1, ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE ATENDERAN ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS?	ES CORRECTA SU APRECIACION, NO SE REQUIERE EL PROCEDIMIENTO DE RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA.
4	ECONÓMICO	PRESUPUESTO	SE SOLICITA AL CONVOCANTE CONFIRMAR SI PARA LAS 3 UNIDADES, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PRESUPUESTO MAXIMO OTORGADO PARA VIGENICA AL 30 DE JUNIO ES DE \$14,833,082.00	SI ES CORRECTA SU APRECIACION, EL PRESUPUESTO ES PARA LAS TRES UNIDADES.



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

2.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR: VITALMEX INTERNACIONAL S.A.DE C.V.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	TÉCNICO	CONVOCATORIA N24 ANEXO NÚMERO 1A (UNO A) TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NÚMERO 1A (UNO A) TÉRMINOS Y CONDICIONES B) PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO. 1.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DICE: EL INICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ A PARTIR DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2026. PREGUNTA: CREEMOS QUE EXISTIO UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA CAPTURA DE FECHA DEL INICIO DE LA PRESENTACIÓN, YA QUE INDICA QUE "SERÁ A PARTIR DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2026." PERO LA FECHA MENCIONADA YA PASO. POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA FECHA CORRECTA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA. FAVOR DE ACLARAR.	DE ACUERDO AL INCISO A) DEL ANEXO NÚMERO 1A (UNO A), REALTIVO A TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO DE 2026. ASIMISMO, EN EL NUMERAL 1, DEL INCISO B), SE SEÑALA LO SIGUIENTE: "SE CONtará CON UN PLAZO MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO PARA EL INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO... " POR LO QUE EL INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA A PARTIR DE QUE SE HAYA INSTALADO Y PUESTO A PUNTO EL EQUIPO MÉDICO ASÍ COMO EL INSTRUMENTAL, Y SE HAYA ENTREGADO LA PRIMERA DOTACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO LA CUAL DEBERÁ SER A MÁS TARDAR 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
2	TÉCNICO	CONVOCATORIA N24 6.2. PROPOSICION TÉCNICA: III. AVISO DE	6.2. PROPOSICION TÉCNICA: III. AVISO DE IMPORTACIÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		IMPORTACIÓN	NOS PERMITA ACREDITAR ESTE DOCUMENTO (AVISO DE IMPORTACIÓN) CON UNA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA QUE RESPALDA LA ADQUISICIÓN DE ESTE BIEN POR PARTE DE MI REPRESENTADA; TOMANDO EN CUENTA QUE EL AVISO DE IMPORTACIÓN ES UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL BAJO RESGUARDO DE LOS DIFERENTES IMPORTADORES O CASAS COMERCIALES DUEÑOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE ESTOS PRODUCTOS. ¿SE ACEPTA?	
3	TÉCNICO	CONVOCATORIA N24 1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. Y ANEXO NÚMERO 1	6.2. PROPOSICION TÉCNICA: - IV. FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS Y I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - 3. EQUIPO MÉDICO. DICE: "EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR EQUIPO DE RECIENTE FABRICACIÓN (NUEVO) O EN TODO CASO EQUIPO YA USADO, CUYA FECHA DE FABRICACIÓN NO DEBERÁ EXCEDER DE LOS CINCO (5) AÑOS, AL MOMENTO DEL INICIO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO" Y "SE REQUIERE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL OOAD YUCATÁN, QUE ASEGUREN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MÍNIMA INVASIÓN, PARA LO CUAL SE REQUIERE DE EQUIPOS NUEVOS O USADOS ESTOS ÚLTIMOS DE NO MÁS DE 5 AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN, CUBRIENDO LA VIGENCIA DEL CONTRATO..." "LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO, CONFORME A LA PARTIDA ÚNICA ADJUDICADA, POR EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO..." PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE EQUIPO "USADO", NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EN BUEN ESTADO, SIN IMPORTAR LA FECHA DE FABRICACIÓN CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE	NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD, NO OBTANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ADICIONAN DOS AÑOS A LA FECHA DE FABRICACIÓN ORIGINALMENTE SOLICITADA PARA EQUIPOS USADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EN BUEN ESTADO.



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, SIN COMPROMETER LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA CONTINUIDAD DEL MISMO. TOMANDO EN CUENTA LA CORTA VIGENCIA DEL CONTRATO, QUE SERÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO DE 2026, Y EL CORTO PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN QUE ES DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, Y QUE AL OFRECER EQUIPAMIENTO NUEVO, EL CUAL EN MUCHOS CASOS ES ENSAMBLADO Y MAQUINADO EN EL CONTINENTE EUROPEO, LOS DIVERSOS FABRICANTES ACTUALMENTE CUENTAN CON UN TIEMPO DE ENTREGA MUCHO MAYOR AL SOLICITADO EN ESTAS BASES (DE MÁS DE 90 DÍAS NATURALES), LO CUAL RETRASARÍA LOS TIEMPOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	
4	TÉCNICO	CONVOCATORIA N24 ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO-REQUERIMIENTO	3. EQUIPO MÉDICO. DICE: LOS LICITANTES UNA VEZ QUE SEAN ADJUDICADOS DEBERÁN ENTREGAR AL JEFE DE SERVICIO, DE LA UNIDAD MÉDICA, LA DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO EL MANUAL DEL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS MANUALES DE FABRICACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO MÉDICO QUE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN EN UN IDIOMA DIFERENTE A ESPAÑOL, PROPORCIONAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
5	TÉCNICO	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL EN LAS PESTAÑAS SIGUIENTES:	SE ACLARA QUE EN EL FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL SOLO SE COLOCARÁN LOS SETS DE INSTRUMENTAL Y BIENES DE



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			-PROPUESTA DE INSTRUMENTAL SOLO SE COLOCARÁN LOS SETS DE INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BASICO DEL "ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI" QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN". Y EN EL CASO DE LOS SETS Y PROCEDIMIENTOS EN LISTADOS, PERO QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS SE COLOCARÁ LA LEYENDA: "NO SE OFERTA". Y QUE DE SEGUIR CONSIDERÁNDOLOS, SE ESTARÍAN REQUISANDO PROPUESTAS TÉCNICAS Y DOCUMENTALES QUE NO SON NECESARIAS PARA EL PRESENTE EVENTO DE LICITACIÓN, LO CUAL DIFICULTARÍA LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS. FAVOR DE ACLARAR.	CONSUMO BASICO DEL "ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI" QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.
6	TÉCNICO	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL	COLUMNA: UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (NOMBRE DEL ARCHIVO, FOLIO O PÁGINA) (TRADUCCION Y REFERENCIADO) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DESGLOSAR LA COLUMNA A LA QUE HACEMOS REFERENCIA, COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA, EN TRES COLUMNAS; EN LAS CUÁLES SE REGISTRARÍAN LOS SIGUIENTES DATOS, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA UBICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA: "REFERENCIA O UBICACIÓN DE ACUERDO A CADA LICITANTE" "NOMBRE DEL CATÁLOGO Y/O MANUAL CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE" "NÚMERO DE PÁGINA(S)" ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES
7	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	CIRUGÍA PED 2 SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.111 COLECISTECTOMÍA CON EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR PEDIÁTRICA, 10.06.117 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PEDIÁTRICA 10.06.155 CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE ÓRGANO SÓLIDO ABDOMINAL PEDIÁTRICA. DICE: 1 MORCELADOR ELECTRÓNICO ALÁMBRICO O INALÁMBRICO DE USO LAPAROSCÓPICO A TRAVÉS DE TROCAR QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1.1 EQUIPO ELECTROMECAÁNICO. 1.3 COMPACTO Y DE PESO LIGERO. 1.4 AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12, 15 Y 20 (ESTE ÚLTIMO OPCIONAL) MM. 1.5 CON BORDES CORTANTES. 1.6 CONTROLADOR QUE PERMITA DOS MODOS DE GIRO PRE SELECCIONABLES COMO MÍNIMO. 1.7 DE 50 RPM O MAYOR. 1.8 CON CUCHILLAS REUSABLES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE SET DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 MORCELADOR INALÁMBRICO TOTALMENTE DESECHABLE 1.1 EQUIPO ELECTROMECAÁNICO O UN DISPOSITIVO DE UN SOLO USO COMPLETAMENTE LISTO PARA USAR. INALÁMBRICO Y SIN NECESIDAD DE MONTAJE. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. 1.3 COMPACTO Y DE PESO LIGERO. O LISTO PARA UTILIZARSE TAL Y COMO SE RECIBE EN EL EMBALAJE, NO ES NECESARIO MONTARLO EN LA CAJA ACCIONADORA O EL CABLE. 1.4 AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12, 15 Y 20 (ESTE ÚLTIMO OPCIONAL) MM. O POSICIONAMIENTO EN TRES PASOS. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE 1.5 CON BORDES CORTANTES. O TUBO DE CORTE ACAMPANADO LO QUE REDUCE EL ARRASTRE, PROPORCIONA TIRAS LARGAS DE TEJIDO Y REDUCE LA ROTACIÓN DEL TEJIDO. 1.6 CONTROLADOR QUE PERMITA DOS MODOS DE GIRO PRE SELECCIONABLES COMO MÍNIMO. O POTENCIA, DE TORSIÓN SUPERIOR. EL PROTECTOR CENTRAL DEL TUBO DE CORTE SE PUEDE AJUSTAR Y GIRAR 360 GRADOS.	



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			1.7 DE 50 RPM O MAYOR. O FUNCIONA A 1.000 R. P. M. PARA MORCELAR EL TEJIDO MÁS FIBRÓTICO. 1.8 CON CUCHILLAS REUSABLES. O CUCHILLA TOTALMENTE REPLEGADA DENTRO LA CÁNULA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PACIENTES. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE SIENDO ESTA LA ÚNICA TECNOLOGIA DISPONIBLE EN EL MERCADO ACTUALMENTE. ¿SE ACEPTA?	
8	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	CIRUGÍA PED 2 SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.111 COLECISTECTOMÍA CON EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR PEDIÁTRICA, 10.06.117 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA PEDIÁTRICA 10.06.155 CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE ÓRGANO SÓLIDO ABDOMINAL PEDIÁTRICA. DICE: NO. 2 INCLUYE INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MORCELACIÓN: PINZA CON DIENTES, PERFORADOR, TROCAR, REDUCTORES PARA TROCAR O SISTEMAS COMPATIBLES QUE EVITEN FUGA DE NEUMOPERITONEO, PUNZÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DEBIDO A QUE EL EQUIPO SOLCITADO (MORCELADOR LAPAROSCOPICO), YA SE DESCONTINUO DEL MERCADO POR PARTE DE TODOS LOS FABRICANTES Y EL EQUIPO QUE OFERTAMOS COMO OPCIÓN ES UN MORCELADOR DESECHABLE EL CUAL SE INTEGRA POR LA PIEZA DE MANO Y LA CUCHILLA, SOLICITAMOS SE ELIMINE ESTE PUNTO YA QUE NINGUNO DE LOS DIFERENTES LICITANTES LO PODRÁ CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?	NO ES FACTIBLE ELIMINAR EL PUNTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA EL EQUIPO PROPUESTO POR EL LICITANTE EN LA PREGUNTA ANTERIOR.
9	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	CIRUGÍA PED 2 SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.111 COLECISTECTOMÍA CON EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR PEDIÁTRICA, 10.06.117 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA PEDIÁTRICA	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			10.06.155 CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE ÓRGANO SÓLIDO ABDOMINAL PEDIÁTRICA. DICE: 4 TIRABUZÓN O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 TIRABUZÓN O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM. O INSTRUMENTO PARA LA FIJACIÓN DE MIOMAS, CON PUNTA ESPIRAL, DE 5 O 10 MM. ¿SE ACEPTA?	
10	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	CIRUGÍA PED 2 SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.111 COLECISTECTOMÍA CON EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR PEDIÁTRICA, 10.06.117 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA PEDIÁTRICA 10.06.155 CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE ÓRGANO SÓLIDO ABDOMINAL PEDIÁTRICA. DICE: 5 MICROPINZA O MINIPINZA PARA BIOPSIA, REUSABLE, AISLADA, CON QUIJADAS DE ACCIÓN SIMPLE O DOBLE, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 PINZA PARA BIOPSIA, REUSABLE, CON QUIJADAS DE ACCIÓN SIMPLE O DOBLE, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
11	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE GINECO 1 DICE: IQX14. BAJA NUDO TIPO VARILLA, OJO ABIERTO, DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DE 30 A 36 CM. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "BAJA NUDO TIPO VARILLA, OJO ABIERTO, DIÁMETRO DE 4 O 5 MM. LONGITUD DE 30 A 36 CM." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERISTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
12	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE GINECO 1 DICE: IQX193. PINZA TIPO HARTMAN O CLEEVE DUCK BILL, ROTABLE Y DESMONTABLE EN TRES COMPONENTES, ATRAUMÁTICA, FENESTRADA, DIÁMETRO DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 37 CM. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZA TIPO HARTMAN O CLEEVE DUCK BILL, ROTABLE Y DESMONTABLE EN DOS O TRES COMPONENTES, ATRAUMÁTICA, FENESTRADA, DIÁMETRO DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 37 CM." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERISTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
13	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE GINECO 1 DICE: IQX96. MANIPULADOR UTERINO REUSABLE, ARTICULADO, CON DELINEADOR VAGINAL COMPLETO O VALVAS DELINEADORAS, CON SISTEMA PARA BLOQUEAR LA SALIDA DEL NEUMOPERITONEO Y DIFERENTES PUNTAS DE LONGITUD (SONDA UTERINA CON ESCALA DE LONGITUD), ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. O SONDA INTRAUTERINA DE COHEN, CON UN CONO GRANDE 26168 UL Y UNO PEQUEÑO 26168 US, SOPORTE PARA PINZAS DE GANCHO 26168 V CON MUELLE, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "MANIPULADOR UTERINO REUSABLE, CON DELINEADOR VAGINAL COMPLETO O VALVAS DELINEADORAS U HOJAS ANATOMICAS, CON SISTEMA PARA BLOQUEAR LA SALIDA DEL NEUMOPERITONEO Y DIFERENTES PUNTAS O INSERTOS DE TRABAJO O SONDA UTERINA CON ESCALA DE LONGITUD, AUTOCLAVABLE. O SONDA INTRAUTERINA DE COHEN, CON UN CONO GRANDE 26168 UL Y UNO PEQUEÑO 26168 US, SOPORTE PARA PINZAS DE GANCHO 26168 V CON MUELLE, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
14	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET: URO 1 CIRUGÍA 1 CIRUGÍA 2 CIRUGÍA 3 URO PED 1 CIRUGÍA PED 1 DICE: IQX45. CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL OFERTADO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CONTENEDOR O CANASTILLA DE ESTERILIZACIÓN COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL OFERTADO." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
15	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE CIRUGÍA 3 DICE: IQX217. SEPARADOR DE HÍGADO O RETRACTOR, (ARTICULADO O RÍGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIÁMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			"SEPARADOR DE HÍGADO O RETRACTOR, (ARTICULADO O RÍGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIÁMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 34 A 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
16	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE CIRUGÍA 3 DICE: IQX242.TIJERA METZEMBAUN CURVA BIPOLAR, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, 5 MM., DE DIÁMETRO, LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 36 CM. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "TIJERA METZEMBAUN CURVA MONOPOLAR (OPCIONAL BIPOLAR), REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, 5 MM., DE DIÁMETRO, LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 36 CM." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
17	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE CIRUGÍA PED 1 DICE:	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			IQX111. PINZA BAJA NUDOS, DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 36 CM. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), DE 3 O 5 MM DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 36 CM." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
18	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE CIRUGÍA PED 1 DICE: IQX216. RETRACTOR HEPÁTICO METÁLICO, MALEABLE, ARTICULADO, QUE AL ACTIVARSE ADQUIERE FORMA TRIANGULAR O DE GANCHO, DIÁMETRO DE 5 MM., REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 36CM. AUTOCLAVE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "RETRACTOR ARTICULADO, QUE AL ACTIVARSE ADQUIERE FORMA TRIANGULAR O DE GANCHO, DIÁMETRO DE 5 MM., REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 36 CM. AUTOCLAVABLE." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
19	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.06.001 10.06.002 10.06.003 10.06.004 10.06.006 10.06.010 10.06.011 10.06.013 10.06.017 10.06.021 10.06.024 10.06.025 10.06.026 10.06.027 10.06.028 10.06.032 10.06.035 10.06.039 10.06.044 10.06.047 10.06.050 10.06.053 10.06.055 10.06.056 10.06.058 10.06.060 10.06.061 CLAVE BCB: BCB5 DICE: "AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM., DE LONGITUD, DESECHABLE." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			"AGUJA DE VERES O DE ACCESO O DE INSUFLACIÓN DE 120 A 150 MM., DE LONGITUD, DESECHABLE." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
20	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.06.001 10.06.002 10.06.003 10.06.004 10.06.006 10.06.010 10.06.011 10.06.013 10.06.017 10.06.021 10.06.024 10.06.025 10.06.026 10.06.027 10.06.028 10.06.035 10.06.039 10.06.044 10.06.047 10.06.050 10.06.053 10.06.055 10.06.056 10.06.058 10.06.060 10.06.061 CLAVE BCB: BCB132 DICE: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3 MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM.," PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3 MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 50 A 150 MM.," Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
21	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.06.003 10.06.013 10.06.017 10.06.032 10.06.056 10.07.101 CLAVE BCB: BCB58 DICE: " ENGRAPADORA LINEAL ARTICULADA LAPAROSCÓPICA CON CORTE Y CARTUCHO CON RANGO DE 30, 35, 45 Y 60 MM., EN UNA SOLA O POR SEPARADO." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: " ENGRAPADORA ARTICULADA LINEAL LAPAROSCÓPICA CON CORTE INTEGRADO O POR SEPARADO, COMPATIBLE CON CARTUCHOS CON UN RANGO DE 30 A 35, 45, 60MM."	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
22	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO. DICE: BCB37. CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO DIVERSAS MEDIDAS, PARA LIGAR VASOS Y/O TEJIDO DE 2 MM A 16 MM DE ANCHO. (POR PZA.) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO DIVERSAS MEDIDAS, (POR PZA.)" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA; SE REQUIERE QUE TENGA MEDIDAS ENTRE EL RANGO 2 MM A 16 MM DE ANCHO.
23	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	10.06.032 MANGA GÁSTRICA. DICE: BCB131. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3 MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 50 A 150 MM.," Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			¿SE ACEPTA?	
24	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.06.044 10.06.058 CLAVE BCB: BCB82 DICE: " BCB82. MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O 910 O FIBRAS DE PGA BIORREABSORBIBLES DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O SEPARADORA DE TEJIDOS DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO O ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
25	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	10.06.126 LAPAROSCOPÍA DIAGNÓSTICA PEDIÁTRICA. DICE: BCB133. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES Y TRANSPARENTES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES Y TRANSPARENTES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 50 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
26	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.07.101 10.07.102 10.07.103	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CLAVE BCB: BCB130 DICE: "TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA , DESECHABLES O REUSABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES DE 5, 10 Y 12 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 100 MM DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
27	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI CLABE: BCC 10.06.902 DICE: "ENGRAPADORA ARTICULADA LINEAL LAPAROSCÓPICA CON CORTE Y CARTUCHOS CON RANGO DESDE 30MM HASTA 60 MM., EN UNA SOLA Ó POR SEPARADO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "ENGRAPADORA ARTICULADA LINEAL LAPAROSCÓPICA CON CORTE INTEGRADO O POR SEPARADO, COMPATIBLE CON CARTUCHOS CON	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			UN RANGO DE 30 A 35, 45, 60MM." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
28	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI CLABE: BCC 10.06.906 DICE: "SISTEMA DE FIJACIÓN BIODEGRADABLE PARA FIJACIÓN DE MALLA." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "SISTEMA DE FIJACIÓN BIODEGRADABLE O ABSORBIBLE PARA FIJACIÓN DE MALLA." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
29	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI CLABE: BCC 10.06.910 DICE: "DRENAJE FLEXIBLE CON DISEÑO DE 4 CANALES, 10 FR. Y 19FR, SIN HUB, TRÓCAR 1/4"Y 1/8". CON RESERVORIO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "DRENAJE FLEXIBLE CON DISEÑO DE 4 CANALES, 10 FR. O 19FR, TRÓCAR 1/4" O 1/8". CON RESERVORIO." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
30	TÉCNICO	ANEXO T11 ASIGNACION DE EQUIPO MEDICO SETS PMI Y ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO NO.7- 537.277.0015 MICRODEBRIDADOR ELÉCTRICO PARA OÍDO Y NARIZ (ADULTO/PEDIÁTRICO). *EQUIPO ITINERANTE PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE OFERTARÁ ESTE EQUIPO, YA QUE NO ES SOLICITADO EN EL "ANEXO T11 ASIGNACION DE EQUIPO MEDICO SETS PMI" Y NO SE ENCUENTRAN SOLICITADO NINGUN PROCEDIMIENTO PARA SU UTILIZACIÓN EN EL "ANEXO T1. REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
31	TÉCNICO	ANEXO T11 ASIGNACION DE EQUIPO MEDICO SETS PMI Y ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE, ASÍ COMO LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ASOCIADOS AL USO DEL MICRODEBRIDADOR, ASI COMO SU INCLUSIÓN EN EL "ANEXO T1. REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA CON LA RESPUESTA ANTERIOR QUE FUE EN SENTIDO POSITIVO
32	TÉCNICO	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL EN LAS PESTAÑAS SIGUIENTES: -PROPUESTA DE INSTRUMENTAL -BIENES DE CONSUMO BÁSICO SOLO SE COLOCARÁN LOS SETS DE INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BASICO QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN". Y EN EL CASO DE LOS SETS Y PROCEDIMIENTOS EN LISTADOS, PERO QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS SE COLOCARÁ LA LEYENDA "NO SE OFERTA"	SE ACLARA QUE EN EL FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL SOLO SE COLOCARÁN LOS SETS DE INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BASICO DEL "ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI" QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN."





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			FAVOR DE ACLARAR.	
33	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI	CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO: 2.- 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA (ADULTO/PEDIÁTRICO). DICE: 2.2.1: CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 150 A 300 WATTS O MAYOR. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON CORTE PURO O AUTOCUT CON POTENCIA MÍNIMA DE 150 A 300 WATTS O MAYOR." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
34	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI	CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO: 2.- 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA (ADULTO/PEDIÁTRICO). DICE: 2.2.2: CON MEZCLA BLEND Y/O MODO CON POTENCIA EN EL RANGO DE 100 A 200 WATTS. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON MEZCLA BLEND O DRYCUT Y/O MODO CON POTENCIA EN EL RANGO DE 100 A 200 WATTS." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
35	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI	CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO: 3.- 531.355.0013 BISTURÍ ULTRASÓNICO (ADULTO/PEDIÁTRICO). DICE: 3.2.1: PINZA LAPAROSCÓPICA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO REUSABLE SEGÚN TECNOLOGÍA O DISECTOR ULTRASÓNICO INALÁMBRICO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (SE DEBE CONSIDERAR COMO BIEN DE CONSUMO EN CASO DE SER DESECHABLE) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZA O TIJERA LAPAROSCÓPICA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO REUSABLE SEGÚN TECNOLOGÍA O DISECTOR ULTRASÓNICO INALÁMBRICO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (SE DEBE CONSIDERAR COMO BIEN DE CONSUMO EN CASO DE SER DESECHABLE)." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
36	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI	CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO: 4.- 531.328.0215 EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS. *EQUIPO ITINERANTE DICE: 4.1: SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO O AVANZADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE, MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN EN UN RANGO DE 300 MMHG O MÁS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO O AVANZADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE, MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN EN UN RANGO DE 300 MMHG O SELLADO DE VASOS CON UN DIÁMETRO DE HASTA 7 MM." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
37	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: - 10.02.901: SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM)./ O SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS (TAMAÑO 4.5 A 9 CM). - 10.02.902: FRESA CORTANTE O ESFÉRICA O CILINDRICA PARA HUESO DURO Y CARTÍLAGO DE 3.0 A 4.0 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD. - 10.02.903: FRESA PARA HUESO DE 4.0 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. CREEMOS HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL SOLICITAR LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENETARIOS ENUNCIADOS, POR TANTO	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NO OFERTARLOS O QUE DICHOS ELEMENTOS SEAN ELIMINADOS DEL ANEXO T4, DEBIDO A QUE ESTOS SON UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD DE OTORRINO LOS CUALES NO SON SOLICITADOS EN EL ANEXO T1 "REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN". ¿SE ACEPTA?	
38	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 10.06.003, 10.06.004, 10.06.013, 10.06.017, 10.06.032, 10.06.055, 10.06.056, 10.06.058, 10.06.059, 10.06.035, 10.06.039, 10.06.047, 10.06.050, 10.06.053, 10.06.060, 10.06.061, 10.06.104, 10.06.117, 10.06.124, 10.06.155, 10.06.156, 10.06.157, 10.06.158, 10.06.135, 10.06.139, 10.06.150, 10.06.160, 10.06.161, 10.07.101, 10.07.102, 10.07.103, Y 10.06.916. DICE: BCB90: PINZA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO (NO INCLUIRLA EN CASO DE QUE LA PINZA SEA REUSABLE, SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZA O TIJERA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO (NO INCLUIRLA EN CASO DE QUE LA PINZA SEA REUSABLE, SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE)." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
39	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE	CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 10.06.102, 10.06.104, 10.06.106, 10.06.110, 10.06.111, 10.06.117, 10.06.126, 10.06.155, 10.06.156 Y 10.06.158.	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	DICE: BCB93: PLACA DE PACIENTE ADULTO. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PLACA DE PACIENTE PEDIÁTRICO O NEONATAL, SEGÚN CORRESPONDA." TOMANDO EN CUENTA QUE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SON SOLICITADOS SON DE CARACTER PEDIATRICO Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
40	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	ENTENDEMOS QUE ES POSIBLE OFERTAR INSTRUMENTAL CON UNA VARIACIÓN DE $\pm 10\%$ RESPECTO A LAS MEDIDAS SOLICITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
41	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	SET: ENDOURO 1, ENDOURO 2, ENDOURO 3, ENDOURO 6 DICE:"JUEGO DE DILATADORES TELESCOPICOS O DILATADORES URETERALES" SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "JUEGO DE DILATADORES TELESCOPICOS O DILATADORES URETERALES O VAN BUREN" ESTO DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE NOMENCLATURAS QUE MANEJA CADA FABRICANTE, CONSIDERANDO QUE DE ESTA FORMA SE FOMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
42	TÉCNICO	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	10.04.115 URETROTOMÍA INTERNA PEDIÁTRICA. DICE: BCB52 "ELECTRODO DE VAPORIZACIÓN." SOLCITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: BCB52"ELECTRODO DE VAPORIZACIÓN O DE BOLA O RODILLO." CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGIAS Y NOMENCLATURAS DE CADA FABRICANTE Y A QUE DE ESTA FORMA SE FOMENTA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
43	TÉCNICO	ANEXO T11 ASIGNACION DE EQUIPO MEDICO SETS PMI Y ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO	CREEMOS QUE HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA CANTIDAD SOLICITADA DEL SET DE INSTRUMENTAL DE ENDOURO 1 YA QUE SE SOLICITAN 2 CANTIDAD DE SET PARA EL HOSPITAL UMAA 1 MÉRIDA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE CANTIDAD DE 1 SET PARA ESTA UNIDAD AL TRATARSE DE UNA UNIDAD AMBULATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
44	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 2.1. CALIDAD REGISTROS SANITARIOS 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS REGISTROS SANITARIOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS EN COMPILADOS ÚNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACIÓN, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
45	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 2.1. CALIDAD REGISTROS SANITARIOS 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS REGISTROS SANITARIOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA PRESENTAR EL DOF PUBLICADO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			EL 07 DE JULIO DE 2025, DONDE DAN A CONOCER LOS "LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", SOLO PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, IDENTIFICÁNDOLOS DEBIDAMENTE SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿SE ACEPTA?	
46	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 2.1. CALIDAD CERTIFICADOS DE CALIDAD SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS EN COMPILADOS ÚNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACIÓN, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
47	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 2.1. CALIDAD CERTIFICADOS DE CALIDAD SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, SE ACEPTE QUE, EN CASO DE QUE UN CERTIFICADO DE LIBRE VENTA O CERTIFICADO DE CALIDAD, NO CUENTE CON FECHA DE FINALIZACIÓN DE VIGENCIA, DEBIDO A QUE EL PAÍS DE ORIGEN ASÍ EMITE EL DOCUMENTO, COMO LO SON LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EMITIDOS POR ALEMANIA, ITALIA, JAPÓN, FRANCIA, ENTRE OTROS, SE CONSIDERE QUE ESTOS CONTINUÁN VIGENTES AL NO TENER UNA FECHA DE EXPIRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD RESPECTO DE LA CUAL FUERON EMITIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
48	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENERE EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE,	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PODRÁ ADJUNTAR UN ARCHIVO CON LA LEYENDA "NO APLICA"



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			NOS PERMITA PRESENTAR LA LEYENDA DE "NO APLICA" EN TODOS AQUELLOS MANIFIESTOS Y/O FORMATOS QUE NO LE SEAN APLICABLES A MI REPRESENTADA, ¿SE ACEPTA?	
49	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENERE EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. INCISO N) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR DE MANERA DIGITAL COPIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ES ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ PRESENTAR DE MANERA DIGITAL COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL.
50	TECNICA	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 6.2. PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL III AVISO DE IMPORTACIÓN. EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO O USADO, DADO QUE LA IMPORTACIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE UN AVISO DE IMPORTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR NO SER PRODUCTOS SIDERÚRGICOS O MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA CUBRIR CABALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
51	TECNICA	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 6.2. PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL IV FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS USADOS ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE CONSIDERAR EQUIPO USADO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, SE DEBERÁ DE PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LAS HOJAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, ¿ES CORRECTA NUESTRA	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			APRECIACIÓN?	
52	TECNICA	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA ANEXO TÉCNICO 6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE DEBERÁ DE PRESENTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL FORMATO T5 "PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
53	TECNICA	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA ANEXO TÉCNICO 8. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE DEBERÁ DE PRESENTAR EL FORMATO T8 "PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
54	TECNICA	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA 17. ANEXOS RELACIÓN DE ANEXOS T Y FORMATOS ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FORMATO T5, FORMATO T6, FORMATO T7, FORMATO T7.1, FORMATO T8, FORMATO T9, FORMATO T13, FORMATO T14, FORMATO T15, FORMATO T15.1, FORMATO T15.2, FORMATO T16, FORMATO T17, FORMATO T18, FORMATO T25, FORMATO T26, FORMATO T27, FORMATO T28, DEBERÁN DE SER PRESENTADOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
55	TECNICA	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA ANEXO TÉCNICO 8. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. El FORMATO T8 "Programa Transferencia del Conocimiento", se deberá entregar dentro de los 10 (diez) días naturales después



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

No	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CONTRATACIÓN, SE PROPORCIONARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL INSTITUTO, A LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	de la notificación del fallo al Administrador del Contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo **91 fracción I** del Reglamento, a través de la presente se envían por la plataforma Compras MX las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **6 horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto.

Una vez vencido el referido plazo otorgado, se procederá a la reanudación de la presente Junta de Aclaraciones, y en caso de ser formuladas preguntas con relación a las respuestas dadas a los cuestionamientos, se darán a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas) recibidas, en el citado acto de reanudación, el cual en razón de la hora de la transmisión de la presente acta, se realizará a las **09:00 horas del día 23 de abril de 2026**.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación personal, en términos del artículo 50 y 84 de la Ley, a partir de esta fecha la presente acta es difundida en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo **las 9:30 horas del día 22 de abril de 2026**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta.

Esta acta consta de **34 (treinta y cuatro)** fojas útiles.

-----FIN DE TEXTO-----

POR LOS LICITANTES:





SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:




ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-24-2026
"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE JUNIO 2026.

ÁREA CONTRATANTE

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
L.A.E. HARRY IRIZAR LEYVA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.	
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
L.C.C. MARIAN CICERO RUBIO	LIDER DE PROYECTO	

ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
DR. JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ MISS	JEFE DE CIRUGÍA DEL H.G.R. NO. 12	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SIN ASISTENCIA.

----- FIN DEL ACTA -----