



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **11:00 horas**, del **04 de Agosto de 2026**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 90 y 91 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como en el numeral 4 de la Convocatoria a la licitación.

Este acto es presidido por el Lic. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Quien preside el acto, es asistido por el Representante del Área Requirente adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representante del Área Técnica, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 91 fracción III del Reglamento; y por los representantes del Área Contratante, quienes respondieron las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

De conformidad con los artículos 35 décimo párrafo de la Ley y 90 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma Compras MX, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **11:00 horas del 03 de Agosto de 2026**.

Acto seguido; quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y los escritos de interés en participar, a través de la Plataforma Compras MX de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SI	53
2	COMERLAT S.A. DE C.V.	SI	39
TOTAL			92



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

También se hace constar que: DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED S.A. DE C.V., presenta escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

Posteriormente y con fundamento en el artículo 91, fracción I del Reglamento, en razón de la complejidad de las preguntas recibidas, y considerando el tiempo que llevará darles respuesta, a solicitud del Área Requiriente, quien preside el evento determinó realizar un receso y consecuentemente, se señala para su reanudación a las 15:00 horas del día 04 de Agosto de 2026, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado en la Plataforma Compras MX.

RECESO

Siendo las **15:00 horas** del día **04 de Agosto de 2026**, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones, sin embargo, en razón de que el área técnica aún continúa en fase de análisis de las preguntas recibidas, la Convocante procede a decretar una segunda suspensión para continuar con la Junta de Aclaraciones a las **08:30 horas** del día **05 de Agosto de 2026**, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado en la plataforma Compras MX.

RECESO

Siendo las **08:30 horas** del día **05 de Agosto de 2026**, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgadas por la convocante (por el Área Técnica las de carácter Técnico y el Área Contratante las de carácter Legal y Administrativo), como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	TÉCNICA	CONVOCATORIA IA_MI	6.2. PROPOSICION TÉCNICA: III. AVISO DE IMPORTACIÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ACREDITAR ESTE DOCUMENTO (AVISO DE IMPORTACIÓN) CON UNA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA QUE RESPALDA LA ADQUISICIÓN DE ESTE BIEN POR PARTE DE MI REPRESENTADA; TOMANDO EN CUENTA QUE EL AVISO DE IMPORTACIÓN ES UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL BAJO RESGUARDO DE LOS DIFERENTES IMPORTADORES O CASAS COMERCIALES DUEÑOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE ESTOS PRODUCTOS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
2	TÉCNICA	CONVOCATORIA MI	¿SE ACEPTA? DICE: 3. EQUIPO MÉDICO. SE REQUIERE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL OOAD YUCATÁN, QUE ASEGUREN LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MÍNIMA INVASIÓN, PARA LO CUAL SE REQUIERE DE EQUIPOS NUEVOS O USADOS ESTOS ÚLTIMOS DE NO MÁS DE 5 AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN, CUBRIENDO LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 6.2. PROPOSICION TÉCNICA: IV. FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS: EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR EQUIPO DE RECIENTE FABRICACIÓN (NUEVO) O EN TODO CASO EQUIPO YA USADO, CUYA FECHA DE FABRICACIÓN NO DEBERÁ EXCEDER DE LOS CINCO (5) AÑOS, AL MOMENTO DEL INICIO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO (A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN EL PROCESO LICITATORIO), DE TAL FORMA QUE LOS EQUIPOS PRESENTADOS DEBERÁN ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN EN EL SMI PARA PMI. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTEMENTE DEL AÑO DE FABRICACIÓN, LO ANTERIOR, CONSIDERANDO LA FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO QUE ES DE 5 MESES, EL PLAZO DE LA ENTREGA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS QUE ES DE 7 DÍAS NATURALES, TENIENDO EN CUENTA QUE AL OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO, EL CUAL EN VARIOS CASOS ES MAQUILADO Y ENSAMBLADO EN EL CONTINENTE EUROPEO, LOS DIFERENTES FABRICANTES ACTUALMENTE CUENTAN CON UN TIEMPO DE ENTREGA MAYOR AL SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA (QUE VA DE 90 A 120 DÍAS NATURALES), Y DE ESTÁ MANERA, NO AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y NO ENCARECER LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA. ¿SE ACEPTA?	NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD, NO OBSTANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ADICIONAN DOS AÑOS A LA FECHA DE FABRICACIÓN ORIGINALMENTE SOLICITADA PARA EQUIPOS USADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EN BUEN ESTADO.
3	TÉCNICA	CONVOCATORIA MI	3. EQUIPO MÉDICO. DICE:	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			LOS LICITANTES UNA VEZ QUE SEAN ADJUDICADOS DEBERÁN ENTREGAR AL JEFE DE SERVICIO, DE LA UNIDAD MÉDICA, LA DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO EL MANUAL DEL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, Y ANTES DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS AL PERSONAL, A TRAVÉS DEL FORMATO T17 "RELACIÓN DE MARCAS, MODELOS Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MÉDICO", CONTENIDA EN "FORMATOS DE SMI PARA PMI", QUE TENDRÁN QUE SER LOS MISMOS QUE FUERON EVALUADOS Y ACEPTADOS DE SU PROPUESTA TÉCNICA. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS MANUALES DE FABRICACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO MÉDICO QUE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN EN UN IDIOMA DIFERENTE A ESPAÑOL, PROPORCIONAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?	
4	TÉCNICA	CONVOCATORIA IA_MI	FORMATO T21 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL COLUMNA: UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (NOMBRE DEL ARCHIVO, FOLIO O PÁGINA) (TRADUCCION Y REFERENCIADO) PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DESGLOSAR LA COLUMNA A LA QUE HACEMOS REFERENCIA, COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA, EN TRES COLUMNAS; EN LAS CUÁLES SE REGISTRARÍAN LOS SIGUIENTES DATOS, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA UBICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA: "REFERENCIA O UBICACIÓN DE ACUERDO A CADA LICITANTE" "NOMBRE DEL CATÁLOGO Y/O MANUAL CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE" "NÚMERO DE PÁGINA(S)" ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			¿SE ACEPTA?	
5	TÉCNICA	CONVOCATORIA IA_MI	DICE: 6.2. PROPOSICION TÉCNICA: XI. ACOMPAÑADA DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO. PARA COMPROBAR Y CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS DE LOS BIENES SOLICITADOS Y/O EN SU CASO EL SOFTWARE ESTABLECIDO EN EL ANEXO T2." EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI", ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI" Y ANEXO T4." CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO DE SMI PARA PMI", DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL Y CORRESPONDER EXACTAMENTE CON LO SOLICITADO EN CADA UNO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS, EN CASO DE ESTAR EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL SE DEBERÁ PROPORCIONAR, POR LO MENOS, UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ESTO ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO ORIGINAL DEL DOCUMENTO ANTERIORMENTE TRADUCIDO, LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER, ÚNICAMENTE, LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES TÉCNICAS PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÁLOGOS RECORTADOS, ÚNICAMENTE CON LA PORTADA Y PÁGINA O PÁGINAS DONDE SE ENCUENTRE REFERENCIADA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO OFERTADO. ESTO DEBIDO A QUE HAY CATÁLOGOS MUY EXTENSOS QUE PUEDEN DIFICULTAR SU MANIPULACIÓN, DEBIDO A SU TAMAÑO, EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS EN EL SISTEMA COMPRAS MX.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES.
6	TÉCNICA	CONVOCATORIA IA_MI	¿SE ACEPTA? DICE: ANEXO T13, "GUIA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL DE LA UNIDAD MÉDICA" (CANTIDAD DE EQUIPO E INSTRUMENTAL A ENTREGAR). PREGUNTA: CREEMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE AGREGÓ	EL PERSONAL REQUERIDO SE SEÑALA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA, EN SU FRACCIÓN VI,





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			EL NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO POR UNIDAD MEDICA DENTRO DEL ARCHIVO "FORMATO T11 ASIGNACION DE EQUIPO MEDICO SETS PMI", POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE DICHA CANTIDAD. ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LOS DIFERENTES PARTICIPANTES BASEN SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS CON LA MISMA INFORMACIÓN DE PERSONAL REQUERIDO. FAVOR DE ACLARAR.	MISMO QUE SE TRANSCRIBE PARA PRONTA REFERENCIA: "EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER AL MENOS UN TÉCNICO POR CADA DOS TORRES LAPAROSCÓPICAS O ENDOSCÓPICAS, SEGÚN CORRESPONDA POR TURNO, ACORDE A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DEFINIDA EN EL ANEXO T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y TÉCNICOS DE SMI PARA PMI" Y ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PMI".
7	TÉCNICA	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL EN LAS PESTAÑAS SIGUIENTES: -PROPUESTA DE INSTRUMENTAL -BIENES DE CONSUMO BÁSICO SOLO SE COLOCARÁN LOS SETS DE INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BASICO DEL "ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI" QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN". Y EN EL CASO DE LOS SETS Y PROCEDIMIENTOS EN LISTADOS, PERO QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS SE COLOCARÁ LA LEYENDA: "NO SE OFERTA". Y QUE DE SEGUIR CONSIDERÁNDOLOS, SE ESTARÍAN REQUISANDO PROPUESTAS TÉCNICAS Y DOCUMENTALES QUE NO SON NECESARIAS PARA EL PRESENTE EVENTO DE LICITACIÓN, LO CUAL DIFICULTARÍA LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
8	TÉCNICA	ANEXO T11 ASIGNACION DE EQUIPO MEDICO SETS PMI	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR INVOLUNTARIO EL SOLICITAR EL SET ENDOURO 6, TODA VEZ QUE EN EL ANEXO T1 "REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" NO SE CONTEMPLA EL PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA RTUP/RTUV/RTUC BIPOLAR, PARA EL CUAL DICHO SET ES REQUERIDO? EN CASO AFIRMATIVO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE NO OFERTAR EL SET ENDOURO 6 NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA ASOCIADO A NINGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO T1.	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE CONFIRMA QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO OFERTAR EL SET ENDOURO 6, DERIVADO A QUE NO SE CONTEMPLA EL PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA RTUP/RTUV/RTUC BIPOLAR, EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
9	TÉCNICO	CONVOCATOR IA_MI ANEXO T3 INSTRUMENT AL DE SMI PARA PMI	SET DE GINECO 1 DICE: IQX14. BAJA NUDO TIPO VARILLA, OJO ABIERTO, DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DE 30 A 36 CM. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "BAJA NUDO TIPO VARILLA, OJO ABIERTO, DIÁMETRO DE 4 O 5 MM. LONGITUD DE 30 A 36 CM." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERISTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
10	TÉCNICO	CONVOCATOR IA_MI ANEXO T3 INSTRUMENT AL DE SMI PARA PMI	SET DE GINECO 1 DICE: IQX193. PINZA TIPO HARTMAN O CLEEVE DUCK BILL, ROTABLE Y DESMONTABLE EN TRES COMPONENTES, ATRAUMÁTICA, FENESTRADA, DIÁMETRO DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 37 CM.	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZA TIPO HARTMAN O CLEEVE DUCK BILL, ROTABLE Y DESMONTABLE EN DOS O TRES COMPONENTES, ATRAUMÁTICA, FENESTRADA, DIÁMETRO DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 37 CM." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
11	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE GINECO 1 DICE: IQX96. MANIPULADOR UTERINO REUSABLE, ARTICULADO, CON DELINEADOR VAGINAL COMPLETO O VALVAS DELINEADORAS, CON SISTEMA PARA BLOQUEAR LA SALIDA DEL NEUMOPERITONEO Y DIFERENTES PUNTAS DE LONGITUD (SONDA UTERINA CON ESCALA DE LONGITUD), ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. O Sonda INTRAUTERINA DE COHEN, CON UN CONO GRANDE 26168 UL Y UNO PEQUEÑO 26168 US, SOPORTE PARA PINZAS DE GANCHO 26168 V CON MUELLE, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "MANIPULADOR UTERINO REUSABLE, CON DELINEADOR VAGINAL COMPLETO O VALVAS DELINEADORAS U HOJAS ANATOMICAS, CON SISTEMA PARA BLOQUEAR LA SALIDA DEL NEUMOPERITONEO Y DIFERENTES PUNTAS O INSERTOS DE TRABAJO O Sonda UTERINA CON ESCALA DE LONGITUD, AUTOCLAVABLE. O Sonda INTRAUTERINA DE COHEN, CON UN CONO GRANDE 26168 UL Y UNO PEQUEÑO 26168 US, SOPORTE PARA PINZAS DE GANCHO 26168 V CON MUELLE, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE."	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERISTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
			¿SE ACEPTA?	
12	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MIA_MIA ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET: URO 1 CIRUGÍA 1 CIRUGÍA 2 CIRUGÍA 3 URO PED 1 CIRUGÍA PED 1 DICE: IQX45. CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL OFERTADO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CONTENEDOR O CANASTILLA DE ESTERILIZACIÓN COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL OFERTADO." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERISTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
13	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MIA_MIA ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE CIRUGÍA 3 DICE: IQX217. SEPARADOR DE HÍGADO O RETRACTOR, (ARTICULADO O RÍGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIÁMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "SEPARADOR DE HÍGADO O RETRACTOR, (ARTICULADO O RÍGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIÁMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 34 A 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
14	TÉCNICO	CONVOCATORIA IA_MI ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE CIRUGÍA 3 DICE: IQX242.TIJERA METZEMBAUN CURVA BIPOLAR, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, 5 MM., DE DIÁMETRO, LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 36 CM. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "TIJERA METZEMBAUN CURVA MONOPOLAR (OPCIONAL BIPOLAR), REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, 5 MM., DE DIÁMETRO, LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 36 CM." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
15	TÉCNICO	CONVOCATORIA IA_MI ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI	SET DE CIRUGÍA PED 1 DICE: IQX111. PINZA BAJA NUDOS, DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 36 CM.	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		PARA PMI	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), DE 3 O 5 MM DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 36 CM." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERISTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
16	TÉCNICO	CONVOCATORIA IA_MI ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	SET DE CIRUGÍA PED 1 DICE: IQX216. RETRACTOR HEPÁTICO METÁLICO, MALEABLE, ARTICULADO, QUE AL ACTIVARSE ADQUIERE FORMA TRIANGULAR O DE GANCHO, DIÁMETRO DE 5 MM., REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 36CM. AUTOCLAVE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "RETRACTOR ARTICULADO, QUE AL ACTIVARSE ADQUIERE FORMA TRIANGULAR O DE GANCHO, DIÁMETRO DE 5 MM., REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 36 CM. AUTOCLAVABLE." TOMANDO EN CUENTA QUE ES LA FORMA EN QUE MI REPRESENTADA PUEDE REFERENCIAR DICHA CARACTERISTICA TÉCNICA, QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE INSTRUMENTO Y ASÍ PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
17	TÉCNICO	CONVOCATORIA IA_MI ANEXO T4 CATÁLOGO DE	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS:	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	10.06.001 10.06.002 10.06.003 10.06.004 10.06.006 10.06.010 10.06.011 10.06.013 10.06.017 10.06.021 10.06.024 10.06.025 10.06.026 10.06.027 10.06.028 10.06.032 10.06.035 10.06.039 10.06.044 10.06.047 10.06.050 10.06.053 10.06.055 10.06.056 10.06.058 10.06.060 10.06.061 CLAVE BCB: BCB5 DICE: "AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM., DE LONGITUD, DESECHABLE." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "AGUJA DE VERES O DE ACCESO O DE INSUFLACIÓN DE 120 A 150 MM., DE LONGITUD, DESECHABLE." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
18	TÉCNICO	CONVOCATOR	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y	SE ACEPTA SU





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		IA_MI ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.06.001 10.06.002 10.06.003 10.06.004 10.06.006 10.06.010 10.06.011 10.06.013 10.06.017 10.06.021 10.06.024 10.06.025 10.06.026 10.06.027 10.06.028 10.06.035 10.06.039 10.06.044 10.06.047 10.06.050 10.06.053 10.06.055 10.06.056 10.06.058 10.06.060 10.06.061 CLAVE BCB: BCB132 DICE: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3 MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM.," PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3	PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 50 A 150 MM.," Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
19	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.06.003 10.06.013 10.06.017 10.06.032 10.06.056 10.07.101 CLAVE BCB: BCB58 DICE: " ENGRAPADORA LINEAL ARTICULADA LAPAROSCÓPICA CON CORTE Y CARTUCHO CON RANGO DE 30, 35, 45 Y 60 MM., EN UNA SOLA O POR SEPARADO." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: " ENGRAPADORA ARTICULADA LINEAL LAPAROSCÓPICA CON CORTE INTEGRADO O POR SEPARADO, COMPATIBLE CON CARTUCHOS CON UN RANGO DE 30 A 35, 45, 60MM." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
20	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO. DICE: BCB37. CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO DIVERSAS MEDIDAS, PARA LIGAR VASOS Y/O TEJIDO DE 2 MM A 16 MM DE ANCHO. (POR PZA.) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		TARIO	OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO DIVERSAS MEDIDAS, (POR PZA.)" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
21	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MII ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	10.06.032 MANGA GÁSTRICA. DICE: BCB131. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3 MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 50 A 150 MM.," Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
22	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MII ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.06.044 10.06.058 CLAVE BCB: BCB82 DICE: " BCB82. MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SUPERFICIES./ O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O 910 O FIBRAS DE PGA BIORREABSORBIBLES DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O SEPARADORA DE TEJIDOS DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO O ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
23	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MII ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	10.06.126 LAPAROSCOPÍA DIAGNÓSTICA PEDIÁTRICA. DICE: BCB133. TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES Y TRANSPARENTES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES Y TRANSPARENTES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 50 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
24	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MII ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI: CLAVE PROCEDIMIENTOS: 10.07.101 10.07.102 10.07.103 CLAVE BCB: BCB130 DICE: "TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA , DESECHABLES O REUSABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES DE 5, 10 Y 12 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 100 MM DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
25	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MII ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI CLAVE: BCC 10.06.902 DICE: "ENGRAPADORA ARTICULADA LINEAL LAPAROSCÓPICA CON CORTE Y CARTUCHOS CON RANGO DESDE 30MM HASTA 60	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		TARIO	MM., EN UNA SOLA Ó POR SEPARADO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "ENGRAPADORA ARTICULADA LINEAL LAPAROSCÓPICA CON CORTE INTEGRADO O POR SEPARADO, COMPATIBLE CON CARTUCHOS CON UN RANGO DE 30 A 35, 45, 60MM." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
26	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MIA_MI ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO TARIO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI CLABE: BCC 10.06.906 DICE: "SISTEMA DE FIJACIÓN BIODEGRADABLE PARA FIJACIÓN DE MALLA." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "SISTEMA DE FIJACIÓN BIODEGRADABLE O ABSORBIBLE PARA FIJACIÓN DE MALLA." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
27	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MIA_MI ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO TARIO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI CLABE: BCC 10.06.910 DICE: "DRENAJE FLEXIBLE CON DISEÑO DE 4 CANALES, 10 FR. Y 19FR, SIN HUB, TRÓCAR 1/4" Y 1/8". CON RESERVORIO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "DRENAJE FLEXIBLE CON DISEÑO DE 4 CANALES, 10 FR. O 19FR, TRÓCAR 1/4" O 1/8". CON RESERVORIO." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			¿SE ACEPTA?	
28	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI	CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO: 2.- 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA (ADULTO/PEDIÁTRICO). DICE: 2.2.1: CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 150 A 300 WATTS O MAYOR. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON CORTE PURO O AUTOCUT CON POTENCIA MÍNIMA DE 150 A 300 WATTS O MAYOR." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
29	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI	CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO: 2.- 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA (ADULTO/PEDIÁTRICO). DICE: 2.2.2: CON MEZCLA BLEND Y/O MODO CON POTENCIA EN EL RANGO DE 100 A 200 WATTS. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON MEZCLA BLEND O DRYCUT Y/O MODO CON POTENCIA EN EL RANGO DE 100 A 200 WATTS." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
			¿SE ACEPTA?	



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
30	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI	CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO: 3.- 531.355.0013 BISTURÍ ULTRASÓNICO (ADULTO/PEDIÁTRICO). DICE: 3.2.1: PINZA LAPAROSCÓPICA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO REUSABLE SEGÚN TECNOLOGÍA O DISECTOR ULTRASÓNICO INALÁMBRICO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (SE DEBE CONSIDERAR COMO BIEN DE CONSUMO EN CASO DE SER DESECHABLE) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZA O TIJERA LAPAROSCÓPICA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO REUSABLE SEGÚN TECNOLOGÍA O DISECTOR ULTRASÓNICO INALÁMBRICO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (SE DEBE CONSIDERAR COMO BIEN DE CONSUMO EN CASO DE SER DESECHABLE)." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
31	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI	CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO: 4.- 531.328.0215 EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS. *EQUIPO ITINERANTE DICE: 4.1: SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO O AVANZADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE, MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN EN UN RANGO DE 300 MMHG O MÁS. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO O AVANZADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE, MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN EN UN RANGO DE 300 MMHG O SELLADO DE VASOS CON UN	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			DIÁMETRO DE HASTA 7 MM." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
32	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 10.06.003, 10.06.004, 10.06.013, 10.06.017, 10.06.032, 10.06.055, 10.06.056, 10.06.058, 10.06.059, 10.06.035, 10.06.039, 10.06.047, 10.06.050, 10.06.053, 10.06.060, 10.06.061, 10.06.104, 10.06.117, 10.06.124, 10.06.155, 10.06.156, 10.06.157, 10.06.158, 10.06.135, 10.06.139, 10.06.150, 10.06.160, 10.06.161, 10.07.101, 10.07.102, 10.07.103, Y 10.06.916. DICE: BCB90: PINZA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO (NO INCLUIRLA EN CASO DE QUE LA PINZA SEA REUSABLE, SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZA O TÍJERA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO (NO INCLUIRLA EN CASO DE QUE LA PINZA SEA REUSABLE, SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE)." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
33	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 10.06.102, 10.06.104, 10.06.106, 10.06.110, 10.06.111, 10.06.117, 10.06.126, 10.06.155, 10.06.156 Y 10.06.158. DICE: BCB93: PLACA DE PACIENTE ADULTO.	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PLACA DE PACIENTE PEDIÁTRICO O NEONATAL, SEGÚN CORRESPONDA." TOMANDO EN CUENTA QUE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SON SOLICITADOS SON DE CARACTER PEDIATRICO Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
34	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	ENTENDEMOS QUE ES POSIBLE OFERTAR INSTRUMENTAL CON UNA VARIACIÓN DE $\pm 10\%$ RESPECTO A LAS MEDIDAS SOLICITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
35	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	SET: ENDOGINECOLOGÍA DICE: NO. 2: "RESECTOSCOPIO; CON ELEMENTO DE TRABAJO PASIVO PARA USARSE CON LENTE DE 2.7 A 4.0 MM., DE DIÁMETRO Y DE 0° A 30° CON: CAMISA DE RESECTOSCOPIO COMPATIBLE CON ELEMENTO DE TRABAJO, DE FLUJO CONTINUO, CON DOS VÁLVULAS STOP-COCK, QUE INCLUYA: CAMISA INTERNA QUE ACEPTE ASAS Y ELECTRODOS EN EL RANGO DE 21 A 24 CHARR (COMPATIBLE CON LA CAMISA OFERTADA SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE), OBTURADOR PUNTA ROMA O PUNTA DISTAL OBLICUA." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "RESECTOSCOPIO; CON ELEMENTO DE TRABAJO BIPOLAR PASIVO PARA USARSE CON LENTE DE 2.7 A 4.0 MM., DE DIÁMETRO Y DE 0° A 30° CON: CAMISA DE RESECTOSCOPIO COMPATIBLE CON ELEMENTO DE TRABAJO, DE FLUJO CONTINUO, CON DOS VÁLVULAS STOP-COCK, QUE INCLUYA: CAMISA INTERNA QUE ACEPTE ASAS Y ELECTRODOS EN EL RANGO DE 19 A 24 CHARR (COMPATIBLE CON LA CAMISA OFERTADA SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE), OBTURADOR PUNTA ROMA O PUNTA DISTAL OBLICUA." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
			¿SE ACEPTA?	
36	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	SET: ENDGINECOLOGÍA DICE: NO. 6: "PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS SEMIRIGIDA 5 CHARR, LONGITUD DE MÍNIMA DE 32CM A 73CM" SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS SEMIRIGIDA 5 CHARR, LONGITUD DE MÍNIMA DE 32CM A 73CM Ó PINZA DE AGARRE DE 5 A 7 FR. O CHARR, LONGITUD MÍNIMA DE 32." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
37	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	SET: ENDOURO 4 DICE: NO. 1: "URETEROSCÓPIO FLEXIBLE: DIÁMETRO EXTERNO DISTAL DE 6 A 8.8 FR. O CHARR, VISIÓN DE 0° A 5°, CANAL DE TRABAJO DE 3.6 FR. O CHARR., LONGITUD EN EL RANGO DE 40 A 70 CM. CON CAPACIDAD DE ANGULACIÓN TOTAL DE LA PUNTA MÍNIMA DE 180° HACIA ARRIBA Y 170° HACIA ABAJO. " SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "URETEROSCÓPIO FLEXIBLE: DIÁMETRO EXTERNO DISTAL DE 6 A 7.5 FR. O CHARR, DIÁMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 6.9 A 8.8 FR. O CHARR, VISIÓN DE 0° A 5°, CANAL DE TRABAJO DE 3.6 FR. O CHARR., LONGITUD EN EL RANGO DE 40 A 70 CM. CON CAPACIDAD DE ANGULACIÓN TOTAL DE LA PUNTA MÍNIMA DE 180° HACIA ARRIBA Y 170° HACIA ABAJO." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
38	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	SET: ENDOURO 4 DICE: NO. 3.5: "PUENTE: DOBLE VÍA O DOS CANALES. CANAL DE TRABAJO Y DE IRRIGACIÓN MÍNIMO DE 4 FR. O CHARR. COMPATIBLE CON EL DIÁMETRO DE LAS CAMISAS O VAINAS OFERTADOS." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PUENTE: DOBLE VÍA O DOS CANALES, CANAL DE TRABAJO MÍNIMO DE 4 FR. O CHARR Y CANAL DE IRRIGACIÓN. COMPATIBLE CON EL DIÁMETRO DE LAS CAMISAS O VAINAS OFERTADOS." TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
39	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	SET: ENDOURO 4 DICE: NO. 4: "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE)." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR O CANAL DE ALTO FLUJO."	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
40	TÉCNICO	ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	SET: ENDOURO 1, ENDOURO 2, ENDOURO 3, ENDOURO 6 DICE: "JUEGO DE DILATADORES TELESCOPICOS O DILATADORES URETERALES" SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "JUEGO DE DILATADORES TELESCOPICOS O DILATADORES URETERALES O VAN BUREN" ESTO DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE NOMENCLATURAS QUE MANEJA CADA FABRICANTE, CONSIDERANDO QUE DE ESTA FORMA SE FOMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
41	TÉCNICO	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI	10.04.115 URETROTOMÍA INTERNA PEDIÁTRICA. DICE: BCB52 "ELECTRODO DE VAPORIZACIÓN." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: BCB52 "ELECTRODO DE VAPORIZACIÓN O DE BOLA O RODILLO." CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGIAS Y NOMENCLATURAS DE CADA FABRICANTE Y A QUE DE ESTA FORMA SE FOMENTA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
42	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA_MI, NUMERAL 6, INCISO H)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A ESTA H. CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON UNA FECHA DE EMISIÓN NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO RETRASAR LA CARGA DE LA PROPUESTA EN EL SISTEMA COMPRAS MX ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE ACLARA QUE NO SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE LAS OPINIONES POSITIVAS EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. ÉSTAS DEBERÁN





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PRESENTARLAS EL LICITANTE ADJUDICADO PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DE SU CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 8. Aunado a lo anterior, el numeral 6 – H solicita lo siguiente: 6 H. Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D).- <u>Escrito mediante</u> el cual el licitante autorice a los servidores públicos del Instituto puedan consultar sus opiniones de cumplimiento en materia de seguridad social. Anexo Número 15 (quince).
43	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA_MII, NUMERAL 5 INCISO A), 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 6.3)	NUMERAL 5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, INCISO A), ANEXO NÚMERO T 24. NUMERAL 6.2. PROPOSICION TÉCNICA: FRACCION I, PROPUESTA TÉCNICA /DOCUMENTAL" NUMERAL 6.3 PROPOSICION ECONOMICA ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) CREEMOS QUE HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO YA QUE EN EL NUMERAL 5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, INCISO A) MENCIONA COMO PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA EL ANEXO NÚMERO T 24. ES CORRECTO ENTENDER QUE EL FORMATO ECONOMICO CORRECTO ES EL ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) INDICADO EN EL NUMERAL 6.3 PROPOSICION ECONOMICA Y PARA LA PROPUESTA TECNICA ES EL FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" INDICADO EN EL NUMERAL 6.2.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL FORMATO ECONOMICO CORRECTO ES EL ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) DE LA CONVOCATORIA. Y PARA LA PROPUESTA TECNICA ES EL FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL"





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN” DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PROPOSICION TÉCNICA: FRACCION I . ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
44	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA_MI, NUMERAL 6.3 PROPOSICION ECONOMICA, ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)	ES CORRECTO ENTENDER QUE AL SER UNA LICITACIÓN ELECTRONICA, EL FORMATO ECONOMICO SE DEBE SUBIR A LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX EN PDF Y EN FORMATO WORD Y/O EXCEL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE SE ACLARA QUE EL NO ACOMPAÑAR EL FORMATO EDITABLE, NO ES CAUSAL DESECHAMIENTO.
45	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA_MI, NUMERAL 6, INCISO O)	CONSIDERANDO QUE EL MEDIO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES ELECTRÓNICO, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA COPIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, SOLAMENTE DEBERÁN SER INTEGRADAS EN LA PROPUESTA DE FORMA ELECTRÓNICA; POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL NO PRESENTARLAS FÍSICAMENTE EN LA OFICINA DE CONTRATOS, SITA EN EL DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN CALLE 44 NÚMERO 999 POR 127 Y 127 B COLONIA SERAPIO RENDÓN, C.P. 97285 DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN; NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO; SOLICITAMOS SEA ACLARADO ESTE REQUERIMIENTO, EN RAZÓN A QUE EN EL NUMERAL 6. IV (CUATRO ROMANO) TEXTUALMENTE INDICA: EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS EN LOS NUMERALES 6, 6:1 FRACCIÓN I, 6.2 Y 6.3 SON INDISPENSABLES PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y, EN CONSECUENCIA, SU INCUMPLIMIENTO AFECTARÍA SU SOLVENCIA Y MOTIVARÍA SU DESECHAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL NO PRESENTARLOS FÍSICAMENTE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.
46	TÉCNICA	CONVOCATORIA_MI, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO-REQUERIMIENTO	CONVOCATORIA_MI, 2.1. CALIDAD, 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, REGISTRO SANITARIO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO-REQUERIMIENTO 3. EQUIPO MEDICO, 3.4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO". REGISTRO SANITARIO 4. INSTRUMENTAL. 4.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL CONTENIDO EN EL ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI", 4.1.1. REGISTRO SANITARIO 5. BIENES DE CONSUMO (BASICOS Y COMPLEMENTARIOS), 5.1 PARA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE, 5.1.1, REGISTRO SANITARIO ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN” DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SE DEBE PRESENTAR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES : A) CONSTANCIA OFICIAL, EXPEDIDA POR COFEPRIS, CON FIRMA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO O B) “LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO” DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) PUBLICADO EL 07-07-2025, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO; MISMO QUE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL PRODUCTO QUE OFERTEN, QUE DEMUESTRE QUE DICHO BIEN NO REQUIERE DEL REGISTRO SANITARIO. SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
47	TÉCNICA	CONVOCATORIA_MI, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO-REQUERIMIENTO	CONVOCATORIA_MI, 2.1. CALIDAD, CERTIFICADOS DE CALIDAD NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO-REQUERIMIENTO 3. EQUIPO MEDICO, 3.4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 “EQUIPO MÉDICO”. CERTIFICADOS DE CALIDAD 4. INSTRUMENTAL. 4.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL CONTENIDO EN EL ANEXO T3 “INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI”, 4.1.1. 4.1.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD 5. BIENES DE CONSUMO (BASICOS Y COMPLEMENTARIOS), 5.1 PARA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE, 5.1.2, CERTIFICADOS DE CALIDAD SOLICITAMOS ESTA H.CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ADEMÁS DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN EL REFERIDO EN ESTE NUMERAL LAS CERTIFICACIONES QUE SE ENLISTAN • HEALTH CANADA, • CONFORMITE EUROPEENNE (CE), • JAPANESE INDUSTRIAL STANDART (JIS) • TECHNISHER UBERWACHUGS VERIEN (TUV) • AMERICAN NATIONAL ESTÁNDAR INSTITUTE/ASSOCIATIONFOR THE ADVANCEMENTOF MEDICAL INSTRUMENTATION (ANSI/AAMI) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES.
48	TÉCNICA	CONVOCATORIA_MI	CONVOCATORIA_MI, 6.2. PROPOSICION TÉCNICA, FRACCION IV. FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS SE SOLICITA A ESTA H. CONVOCANTE, QUE, PARA PODER HACERSE EFECTIVAS Y ASEGURAR LAS CONDICIONES DE	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			FUNCIONALIDAD EN ESTOS EQUIPOS, PERMITA QUE LOS MANTENIMIENTOS, SUS ÓRDENES DE SERVICIO Y BITACORAS DE SERVICIO SEAN EXPEDIDOS POR EL LICITANTE, YA QUE ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS, ¿SE ACEPTA?	
49	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA_MI	CONVOCATORIA_MI, 6.2. PROPOSICION TÉCNICA, FRACCION VI. INCISO E). IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA AUTÓGRAFA SE SOLICITA A ESTA H. CONVOCANTEN NOS PERMITA PRESENTAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA AUTÓGRAFA EL INE, PASAPORTE Y/O CEDULA PROFESIONAL, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
50	TÉCNICA	CONVOCATORIA_MI	CONVOCATORIA_MI, 6.2. PROPOSICION TÉCNICA, FRACCION III. AVISO DE IMPORTACION EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO O USADO, DADO QUE LA IMPORTACIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE UN AVISO DE IMPORTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR NO SER PRODUCTOS SIDERÚRGICOS O MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA CUBRIR CABALMENTE ESTE NUMERAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES.
51	TÉCNICA	CONVOCATORIA_MI, ANEXO NÚMERO 1A (UNO A) TÉRMINOS Y CONDICIONES	SECCIÓN IV VISITAS, ANEXO NÚMERO 1A (UNO A) TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO D) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE VENTO NO SE REQUIERE REALIZAR VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, FAVOR DE ACLARAR	SE CONFIRMA QUE NO SE REQUIERE VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
52	TÉCNICA	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO-REQUERIMIENTO	6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO Y DEL INSTRUMENTAL. ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBEMOS PRESENTAR EN NUESTRA PROPRUESTA LA METODOLOGIA, FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL Y EL FORMATO T6. REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
53	LEGAL -	CONVOCATORIA	EN EL CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO ESTRATIFIQUE EN	SE ACEPTA SU





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ADMINISTRATIVA	IA_MI, NUMERAL 6, INCISO C)	LAS MIPYMES O CLASIFIQUE COMO COOPERATIVAS Y OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO LAS CONSTITUIDAS O CONFORMADAS POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE CUENTEN CON DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO EMITIDO CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA INTEGRAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN NUMERAL 6 LETRA C. ESTRATIFICACIÓN DE LAS MIPYMES NO APLICA PARA MI PRESENTADA. ¿SE ACEPTA?	PROPUESTA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: COMERLAT S.A. DE C.V.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA IA_MI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI TODOS LOS ESCRITOS Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA SERÁN DIRIGIDOS A: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PRESENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA IA NUMERAL 6 - ASPECTOS A CONSIDERAR NUMERAL III:	CONVOCATORIA NUMERAL 6 - ASPECTOS A CONSIDERAR NUMERAL III: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA FOLIAR LAS PROPUESTAS DE MANERA INDIVIDUAL CONFORME A LOS PARÁMETROS DE COMPRAS MX (LEGAL-ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y ECONÓMICO) A EFECTO DE QUE LA PROPUESTA LLEVE UNA SECUENCIA PARA SU FÁCIL COMPRENSIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA IA NUMERAL 6 INCISOS G) Y H)	CONVOCATORIA NUMERAL 6 INCISOS G) Y H) OPINIONES POSITIVAS Y VIGENTES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y MATERIA DE SITUACIÓN FISCAL CON 3 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y	LA CONVOCANTE ACLARA QUE NO SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE LAS OPINIONES POSITIVAS EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. ÉSTAS DEBERÁ PRESENTARLAS EL LICITANTE ADJUDICADO PREVIO A LA FORMALIZACIÓN



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunt a	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			APERTURA DE PROSICIONES, ¿SE ACEPTA?	DE SU CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 8. Aunado a lo anterior, tomar en cuenta los incisos siguientes del numeral 6 de la convocatoria: 6 G. Manifestación de que en caso de resultar con adjudicación se compromete a entregar al área contratante, por cada contrato, dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el S.A.T., en el que <u>emita opinión favorable</u> a nombre de su representada y de la del tercero con el que subcontrata en su caso. Anexo Número 12 (doce). Y el 6 – H solicita lo siguiente: 6 H. Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D).- <u>Escrito mediante</u> el cual el licitante autorice a los servidores públicos del Instituto puedan consultar sus opiniones de cumplimiento en materia de seguridad social. Anexo Número 15 (quince).
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA NUMERAL 6 INCISO C)	CONVOCATORIA NUMERAL 6 INCISO C) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA MANIFESTANDO QUE ESTE NUMERAL NO APLICA A MI REPRESENTADA, DEBIDO A QUE ES UNA EMPRESA GRANDE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
5	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA NUMERAL 6 INCISO D)	CONVOCATORIA NUMERAL 6 INCISO D)	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunt a	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ATIVA	NUMERAL 6 INCISO D)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, MI REPRESENTADA PODRA PRESENTAR CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN FORMATO LIBRE CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VI, INCISO L) DEL REGLAMENTO. ¿SE ACEPTA?	SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTIPULADO, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 88 DE SU REGLAMENTO. Y PRESENTAR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA AMBOS LICITANTES CONJUNTOS, EN EL NUMERAL 6 DE LA CONVOCATORIA.
6	TÉCNICO	2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	SE ENTIENDE QUE PARA LOS DISPOSITIVOS, INSTRUMENTAL E INSUMOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, TAMPOCO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL ISO 13485 O CE O DOCUMENTO EQUIVALENTE, YA QUE NO SON CONSIDERADOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES TOTALMENTE CORRECTO, DE ACUERDO AL NUMERAL: 3.4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO". Del Equipo Médico ofertado deberá presentar como parte de su propuesta técnica copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable para Dispositivos Médicos a nombre del fabricante o copia simple del certificado FDA, CCE o CE, vigente, en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español de al menos el 80% del 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN” DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				complementarios que oferte por <u>partida única</u> en su <u>propuesta</u> técnica, <u>debidamente referenciadas</u> donde se cite el equipo, FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable).
7	TÉCNICO	2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	DADO QUE EL TIEMPO A LA ENTREGA DE PROPUESTAS ES LIMITADO Y EN VIRTUD DE QUE LOS FABRICANTES TIENEN SUS PROPIOS PROCESOS Y TIEMPOS PARA BRINDAR APOYO Y COMPARTIR LA INFORMACIÓN PERTINENTE DE LOS DISPOSITIVOS A OFERTAR Y NO SIEMPRE PUEDEN COMPARTIR LA DOCUMENTACIÓN EN TAN CORTO TIEMPO, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS INSUMOS A OFERTAR CUMPLEN CON LAS NORMAS DE REGISTRO SANITARIO, ASÍ COMO CON ISO 13485, FDA, CE O DOCUMENTO EQUIVALENTE. ¿SE ACEPTA?	NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD. SE REQUIERE LA PRESENTACION DE LOS REGISTROS SANITARIOS SOLICITADOS.
8	TÉCNICO	2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	SE ENTIENDE QUE EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPOS, INSTRUMENTAL O INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO, SE PODRÁN OFERTAR DE CUALQUIER PAÍS DE ORIGEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ASÍ COMO CON LA DOCUMENTACIÓN. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	TÉCNICO	ANEXO T3	IQX110. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), REUSABLE, DE 5 MM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE) SE LE SOLICITA A AL CONVOCANTE PODER OFERTAR PINZA BAJANUDOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE, ASEGURANDO QUE ESTA CUMPLA CON LA FUNCIÓN SEA ADECUADA PARA EL USO EN LOS PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
10	TÉCNICO	ANEXO T3	IQX110. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), REUSABLE, DE 5 MM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ANUDADOR TIPO VARILLA PARA ESTE PUNTO, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
11	TÉCNICO	ANEXO T3	IQX111. PINZA BAJA NUDOS, DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 36 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunt a	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ANUDADOR TIPO VARILLA PARA ESTE PUNTO, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	
12	TÉCNICO	ANEXO T3	IQX 119. PINZA DE AGARRE Y DISECCIÓN TIPO CUCHARA. DIÁMETRO DE 3.4 A 5 MM., DE DOBLE ACCIÓN, LONGITUD EN EL RANGO DE 30 A 36 CM. SISTEMA DE SUJECCIÓN. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR DIAMETRO DE LA PINZA DE 10 MM. ¿SE ACEPTA?	NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD.
13	TÉCNICO	ANEXO T3	IQX 119. PINZA DE AGARRE Y DISECCIÓN TIPO CUCHARA. DIÁMETRO DE 3.4 A 5 MM., DE DOBLE ACCIÓN, LONGITUD EN EL RANGO DE 30 A 36 CM. SISTEMA DE SUJECCIÓN. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR MANDIBULA DE ACCIÓN SIMPLE. ¿SE ACEPTA?	NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD.
14	TÉCNICO	ANEXO T3	IQX10. APLICADOR PARA CLIP DE TITANIO, MEDIANO-LARGO. DIÁMETRO 5 A 10 MM., LONGITUD EN EL RANGO DE 20 A 33 CM., ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. IQX12. APLICADOR, DE 3 O 5 O 10 MM., PARA CLIP DE TITANIO, PEQUEÑO, O MEDIANO-LARGO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, ROTABLE, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 34 CM. IQX36. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM. IQX152. PINZA MARYLAND, DE 3 O 5 MM., ROTABLE Y DESMONTABLE, CON LONGITUD DE 20 A 33 CM. IQX210. PORTA AGUJAS METÁLICO DE 3 O 5 MM., REUSABLE, CON MANGO CON MECANISMO AXIAL O CASTROVIEJO CON CREMALLERA, PUNTA RECTA, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. IQX219. SEPARADOR O RETRACTOR, (ARTICULADO O RÍGIDO) DE 5 MM., DE DIÁMETRO DE 3 A 5 VALVAS QUE SE ABREN EN ABANICO, REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 34 CM. IQX222. SEPARADOR O RETRACTOR, (ARTICULADO O RÍGIDO), DIÁMETRO DE 3 O 5 MM., 3 A 9 VALVAS, APERTURA EN FORMA DE ABANICO, CON PUERTO DE LAVADO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD DE 20 A 34 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LARGO DE LOS INSTRUMENTOS DE HASTA 35 CM DE LARGO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
15	TÉCNICO	ANEXO T11	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS COMPARTA EL ANEXO T11 INDICANDO LA DISTRIBUCIÓN DE QUE SETS Y CUANTOS SE DEBERÁN ENTREGAR A CADA UNIDAD MÉDICA	EL ARCHIVO DEL ANEXO T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI", SE ENCUENTRA INSERTO EN LA CONVOCATORIA EN EL APARTADO DE ANEXOS. NO





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunt a	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
16	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	2.1 CALIDAD. REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS...ISO-13485:2016 EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS A NOMBRE DEL FABRICANTE O COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA VIGENTE, O EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CCEE), O CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE COFEPRIS, O MINISTERIO DE SALUD DE JAPÓN. ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ PRESENTAR: REGISTROS INTERNACIONALES DEL PAÍS DE ORIGEN: FDA O CE O JIS O CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS (APLICADO PARA EQUIPOS DE ORIGEN NACIONAL) O ISO 1385:2016 COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	OBSTANTE SE AGREGA ARCHIVO A LA PLATAFORMA COMO ANEXO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 2.1 CALIDAD DE LA CONVOCATORIA, EN EL CUAL SE SOLICITAN REGISTROS SANITARIOS EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS Y CONSUMIBLES; INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO; Y ADICIONALMENTE SE SOLICITAN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SIGUIENTES: -COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2015 EN SERVICIOS INTEGRALES, A NOMBRE DEL LICITANTE, VIGENTE, EMITIDO POR ALGÚN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO. CERTIFICADOS DE CALIDAD. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-13485:2016 EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS A NOMBRE DEL FABRICANTE O COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA VIGENTE, O EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CCEE), O CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE COFEPRIS, O MINISTERIO DE SALUD DE JAPÓN, VIGENTE EN EL





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN ACOMPAÑADO DE SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE AL MENOS EL 80% DEL EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL 100% QUE OFERTE POR PARTIDA ÚNICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA, INCLUYENDO EN UN FORMATO EN PDF Y EXCEL EDITABLE DEBIDAMENTE REFERENCIADOS DONDE SE CITE EL EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS AL QUE CORRESPONDE.
17	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	2.1 CALIDAD. "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIOS".PUBLICADO EN EL DOF EL 7 DE JULIO DE 2025. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE O BIEN AQUELLOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIOS, SE PODRA REFERENCIAR CON EL DOF DEL 7 DE JULIO DEL 2025 CON EL FIN DE DEMOSTRAR LO ANTERIOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE EL LISTADO DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS POR NO ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CATEGORÍAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 194 BIS Y 262 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y POR ENDE, NO ESTÁN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN SANITARIA CORRESPONDIENTE EN SU MODALIDAD DE REGISTRO SANITARIO Y PERMISO DE IMPORTACIÓN PARA SU FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				TRES DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DOF EL 7 DE JULIO DE 2025; QUE SE ADJUNTE A LA PROPUESTA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL PRODUCTO QUE OFERTEN, QUE DEMUESTRE QUE DICHO BIEN NO REQUIERE DEL REGISTRO SANITARIO.
18	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA. XI...EL LICITANTE DEBERÁ BASAR SU PROPUESTA TÉCNICA EN LOS ANEXOS TÉCNICOS Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, ASÍ COMO EN EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LA PRESENTE PLANEACIÓN. PARA LO CUAL, PODRÁ SUSTENTAR SU PROPUESTA APOYÁNDOSE CON FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL FABRICANTE...*NOTA: PARA EL EQUIPO MÉDICO DEBERÁ PRESENTAR SUS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, ENTRE OTROS COMPLETOS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COMO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES DEL FABRICANTE, EN LAS CUALES SE IDENTIFIQUE CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA SATURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CARGA DE ARCHIVOS, DERIVADO DEL TAMAÑO DE LOS MANUALES COMPLETOS, LOS CUALES CONTIENEN INFORMACIÓN ADICIONAL NO REQUERIDA EN LAS PRESENTES BASES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
19	TÉCNICO	CONVOCATORIA	17. ANEXOS. 3.4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		IA_MI	MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO".. "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL" (PRESENTAR FORMATO EN PDF Y EXCEL EDITABLE). EJEMPLO: PROPUESTA TÉCNICA/DOCUMENTAL, FORMATO (T21) NOMBRE DE LA CARPETA: "EQUIPOS" CONTENIDO DE LA CARPETA: EJEMPLO: 1 UNIDAD DE ELECTROCOAGULACIÓN. 1)FOLLETO O CATÁLOGO O REFERENCIA GRÁFICA O MANUAL(COMPLETO) 2)REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O PRORROGA DEL REGISTRO O CARTA COFEPRIS QUE NO REQUIERE REG. SSA O DOF DE BIENES QUE NO REQUIEREN REG. SSA 3)CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485:2016 O FDA O CCEE O JIS O MDSAP O SU EQUIVALENTE POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN, VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES. * *EN ATENCIÓN AL INCISO E) DEL NUMERAL 4.24.3 DE POBALINES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOLO DOCUMENTO PARA MANUALES, UNO SOLO PARA CERTIFICADOS DE CALIDAD Y UNO SOLO PARA REGISTROS SANITARIOS DEBIDAMENTE ENCARPETADO COMO SE INDICA, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR SU REVISIÓN SIN AFECTAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	
20	TÉCNICO	CONVOCATORIA IA_MI	17. ANEXOS. 3.1 SUPERVISOR DE OPERACIONES. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PRESENTAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN) MEDIANTE EL FORMATO T25, PARA LOS ENDOSCOPIOS, QUE UTILIZARÁ PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS UNIDADES INSTITUCIONALES. LA EMPRESA DEBERÁ ACREDITAR POR MEDIO DE ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN HOJA MEMBRETADA FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL QUE SUS TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN CONOCEN Y SABEN LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE EN ESTE PÁRRAFO SE REFIERE A QUE ALGUNAS UNIDADES MÉDICAS YA CUENTAN CON REPROCESADORA, POR FAVOR INDICAR QUE UNIDADES YA CUENTAN CON ESTE EQUIPO.	NO SE CUENTA CON REPROCESADORA EN LA UNIDADES.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
21	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	17. ANEXOS. 7.1 ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS PARA MÍNIMA INVASIÓN. EN EL CASO DE LOS ENDOSCOPIOS SE REALIZARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: REALIZAR LAVADO MECÁNICO O AUTOMÁTICO DE LOS ENDOSCOPIOS CON BASE EN LA GUÍA DEL FABRICANTE, DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO EN EL PACIENTE (SIENDO DECISIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO LA UTILIZACIÓN DE LAVADO MECÁNICO O AUTOMATIZADO. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR Y EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES MÉDICAS QUE YA CUENTAN CON REPROCESADORA, Y CONSIDERANDO QUE SE SOLICITA EL PAGO DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PARA DICHOS EQUIPOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES POSIBLE OFERTAR REPROCESADORAS NUEVAS, TODA VEZ QUE NO SE TIENE CERTEZA SOBRE LAS CONDICIONES OPERATIVAS, HISTORIAL DE USO NI ESTADO FÍSICO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES, Y CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD DEL PACIENTE, TRAZABILIDAD DEL REPROCESAMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DEL SERVICIO, EVITAR RIESGOS OPERATIVOS Y ESTANDARIZAR LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	SE ACEPTA OFERTAR REPROCESADORAS NUEVAS
22	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	17. ANEXOS. 7.1 ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS PARA MÍNIMA INVASIÓN. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REPROCESADORA CON BASE A LA TERMINOLOGÍA DEL FABRICANTE, DADO QUE NO SE CUENTA CON FICHA TÉCNICA DE ESTE EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
23	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 4. EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN DEL NUMERAL 4.5, RELACIONADA CON DICHO EQUIPO, YA QUE NO SE VISUALIZA CON CLARIDAD LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA.	LA INFORMACIÓN DEL NUMERAL 4.5 ES ÚNICAMENTE UN TÍTULO: "ACCESORIOS:" SIN MAYOR INFORMACIÓN. HACER CASO OMISO DE LA IMAGEN, YA QUE ES AJENA AL ANEXO T2, DERIVADO QUE INVOLUNTARIAMENTE SE COPIÓ AL CITADO NUMERAL 4.5
24	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 1. TORRE DE VISUALIZACIÓN. DICE: CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO DIGITALES Y ANALÓGAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAS. CON OPCIÓN DE: 4K ENTRADAS : 2 x 12G-SDI*; 1 x	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunt a	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PUERTO DE PANTALLA; 1 x HDMI. 2K ENTRADAS 1 x 3G-SDI; 1 x DVI-D. 5	
25	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 1. TORRE DE VISUALIZACIÓN. DICE: DE 3 CHIPS DIGITALES O EQUIVALENTE O DE 1 CHIP DIGITAL CMOS, FULLHD, RELACION DE ASPECTO 16:9. SOLICITAMOS A LA CONVOCATE NOS PERMITA OFERTAR CABEZAL DE LA CÁMARA HD 3CMOS, FULL HD, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9. TODA VEZ QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
26	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 1. TORRE DE VISUALIZACIÓN. 1.3 ENDOCAMARA O CABEZAL DE CÁMARA. DICE: ZOOM ÓPTICO CON ANILLO O DIGITAL CON BOTÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ZOOM OPTICO 2X CON CONTROL EN BOTON DEL CABEZAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
27	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 1. TORRE DE VISUALIZACIÓN. 1.7 INSUFLADOR DE CO2. DICE: CON MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON CONECTOR PIN O ROSCABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
28	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 1. TORRE DE VISUALIZACIÓN. 1.7 INSUFLADOR DE CO2. DICE: CON INDICADOR EN PANEL DE: VOLUMEN, PRESIÓN Y CONSUMO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON INDICDOR DE PRESIÓN, CAUDAL Y VOLUMEN, TODA VEZ QUE DICHA OBSERVACIÓN NO AFECTA SU FUNCIONAMIENTO, NI DESEMPEÑO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
29	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 1. TORRE DE VISUALIZACIÓN. 1.7 INSUFLADOR DE CO2. DICE: NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO O FLUJO PRE-CONFIGURADO, PRIMERA INSUFLACIÓN E INSUFLACION SOSTENIDA.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE), O CON MODO DE FLUJO PEDIATRÍA DE 15L/MIN Y ALTO FLUJO CON UNA POTENCIA DE FLUJO DE HASTA 50 L/MIN COMO MÁXIMO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
30	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 2. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA.SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES POSIBLE ACEPTAR UN EQUIPO CON CONTROL POR MICROPROCESADOR QUE CUENTE CON UNA SALIDA MONOPOLAR Y UNA SALIDA BIPOLAR, CONSIDERANDO QUE DICHA CONFIGURACIÓN CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD CLÍNICA REQUERIDA,	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunt a	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PERMITE LA OPERACIÓN SEGURA Y CONTINUA DEL EQUIPO, Y NO LIMITA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COAGULACIÓN, MANTENIÉNDOSE DENTRO DE LOS ESTÁNDARES DE USO CLÍNICO Y NORMATIVO. LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA LIBRE CONCURRENCIA Y PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES, SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO CLÍNICO NI LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
31	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 2. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON POTENCIA DE COAGULACIÓN MÍNIMA DE 120 W, TODA VEZ QUE ÉSTA ES SUPERIOR AL VALOR MÍNIMO REQUERIDO DE 70 W. ASIMISMO, LA POTENCIA DE SALIDA ES AJUSTABLE POR EL USUARIO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CLÍNICO, POR LO QUE UNA MAYOR CAPACIDAD DE POTENCIA NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD NI DESEMPEÑO DEL EQUIPO, SINO QUE AMPLÍA SU RANGO DE APLICACIÓN CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
32	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. 3. BISTURÍ ULTRASÓNICO (ADULTO/PEDIÁTRICO). DICE: EN EL RANGO ENTRE 23 HASTA 56.5 KILO HERTZ. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN BISTURÍ ULTRASÓNICO CON SALIDA DE FRECUENCIA DE HASTA 47 KHZ, CONFORME A LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE QUE GARANTICE FUNCIONES EQUIVALENTES DE CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS CON LA EFICACIA Y SEGURIDAD REQUERIDAS. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA EFICACIA DE UN BISTURÍ ULTRASÓNICO NO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DEL RANGO DE FRECUENCIA, SINO DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA. EXISTEN TECNOLOGÍAS QUE, OPERANDO A MENORES FRECUENCIAS, GARANTIZAN RESULTADOS EQUIVALENTES EN CORTE, COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS, SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ASIMISMO, LIMITAR EL RANGO SUPERIOR DE FRECUENCIA PUEDE RESTRINGIR LA LIBRE COMPETENCIA SIN UN BENEFICIO CLÍNICO COMPROBABLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
33	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2. EQUIPO MEDICO. 4 EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIÓN "SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO O AVANZADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE, MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN EN UN RANGO DE 300 MMHG O	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			MÁS", SE ACEPTEN EQUIPOS CON TECNOLOGÍA DE SELLADO AVANZADO O TECNOLOGÍA EQUIVALENTE DEL FABRICANTE, QUE CUENTEN CON RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE INSTRUMENTOS Y GARANTICEN EL SELLADO DE VASOS, ESPECIFICANDO EL NIVEL DE SEGURIDAD DE SELLADO SIN DAÑO TÉRMICO. ¿SE ACEPTA?	
34	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2. EQUIPO MEDICO. 4 LITOTRIPTOR NEUMÁTICO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, PARA CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN "PRESIÓN DE TRABAJO DE 2 BAR, DE ONDA ULTRASÓNICA O CONFORME A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE", SE ACEPTEN EQUIPOS CUYA TECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO NO EXPRESE UNA PRESIÓN DE TRABAJO EN BARES, SIEMPRE QUE EL FABRICANTE ACREDITE QUE EL SISTEMA OPERA CONFORME A SU PROPIA TECNOLOGÍA DE LITOTRIZIA (NEUMÁTICA, ULTRASÓNICA O COMBINADA) Y CUMPLA CON LA FINALIDAD CLÍNICA DE FRAGMENTACIÓN DE CÁLCULOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
35	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T2. EQUIPO MEDICO. 4 LASER QUIRURGICO DE HOLMIO. DICE: DURACIÓN EL PULSO DE 150 USEG O MENOR A 350 USEG O MAYOR, O AJUSTE AUTOMÁTICO DE ANCHO DE PULSO DE 95 A 1500 MS SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PERMITE SELECCIONAR EL ANCHO DE PULSO EN TRES NIVELES (CORTO, MEDIO Y LARGO), CONFORME A LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, GARANTIZANDO EL AJUSTE DE LA DURACIÓN DEL PULSO PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LITOTRIZIA, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD NI EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
36	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI. SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO. DICE: "AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12, 15 Y 20 (ESTE ÚLTIMO OPCIONAL) MM." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MORCELADOR DISEÑADO PARA TROCAR DE 15 MM CON SISTEMA REDUCTOR PARA INSTRUMENTAL DE 5 MM, CONFORME A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, TODA VEZ QUE DICHA CONFIGURACIÓN GARANTIZA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MORCELACIÓN SIN AFECTAR SU FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD NI DESEMPEÑO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
37	TÉCNICO	CONVOCATORIA_MI	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI. SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO. DICE: "CON CUCHILLAS REUSABLES." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No. de Pregunt a	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PERMITA OFERTAR UN MORCELADOR CON CUCHILLA INTEGRADA DE UN SOLO USO, CONFORME A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, TODA VEZ QUE ESTA CONFIGURACIÓN INCREMENTA LA SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO AL GARANTIZAR UN FILO NUEVO EN CADA INTERVENCIÓN Y ELIMINA LOS RIESGOS ASOCIADOS AL REPROCESAMIENTO DE CUCHILLAS REUTILIZABLES. ¿SE ACEPTA?	
38	TÉCNICO	CONVOCATOR IA_MI	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI. SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO. DICE: INCLUYE INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MORCELACIÓN: PINZA CON DIENTES, PERFORADOR, TROCAR, REDUCTORES PARA TROCAR O SISTEMAS COMPATIBLES QUE EVITEN FUGA DE NEUMOPERITONEO, PUNZÓN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PUEDA OFERTARSE COMO ACCESORIOS COMPATIBLES DEL MISMO FABRICANTE O DE FABRICANTE ESPECIALIZADO, SIEMPRE QUE SEAN COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE MORCELACIÓN OFERTADO Y GARANTICEN LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
39	TÉCNICO	CONVOCATOR IA_MI	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI. SET DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO. DICE: TIRABUZÓN O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM....MICROPINZA O MINIPINZA PARA BIOPSIA, REÚSABLE, AISLADA, CON QUIJADAS DE ACCIÓN SIMPLE O DOBLE, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM.SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS INSTRUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE PUEDAN SER OFERTADOS COMO ACCESORIOS COMPATIBLES DEL SISTEMA DE MORCELACIÓN, CONFORME A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO DEL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 fracción I del Reglamento, a través de la presente se envían por la plataforma Compras MX las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **6 horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto.

Una vez vencido el referido plazo otorgado, se procederá a la reanudación de la presente Junta de Aclaraciones, y en caso de ser formuladas preguntas a las precisiones y a las respuestas dadas a los cuestionamientos, se darán a conocer las respuestas a las preguntas (repreguntas) recibidas, en el citado acto de reanudación, el cual





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

en razón de la hora de la transmisión de la presente acta, se realizará a las **09:00 horas del día 06 de Agosto de 2026.**

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación personal, en términos de los **artículos 50 y 84 de la Ley**, a partir de esta fecha la presente acta es difundida en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo **las 08:55 horas del día 05 de Agosto de 2026**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta.

Esta acta consta de **45 (cuarenta y cinco)** fojas útiles.

-----FIN DE TEXTO-----

POR LOS LICITANTES:

SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

AREA CONTRATANTE

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
LIC. HARRY IRIZAR LEYVA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR011-N-70-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. MARIA ISABEL PÉREZ TORRES	LIDER DE PROYECTO	

ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
DRA. ANGELITA FERNÁNDEZ CARRILLO	COORDINADORA CLÍNICA DE CIRUGÍA DEL HGR NO. 12	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

SIN ASISTENCIA.

----- FIN DEL ACTA -----

