



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NUMERO 16BI0042
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON TÍTULO DE COMPRAS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-0196YR040-E13-2016		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN I Y 46 DE LA LAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO
	2	AGOSTO	2016

VIGENCIA DEL CONTRATO			
DEL	DÍA	MES	AÑO
	17	AGOSTO	2016
	HASTA	DÍA	MES
		31	DECIEMBRE
TIPO DE CONTRATO			
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN			
CERRADO (X)	ABIERTO ()		
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE ACUERDO AL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI), EMITIDO POR EL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN, MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).			

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	R.F.C.	CPL-651230-512	REGISTRO PATRONAL IMSS	010-23756-10-7
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO				
TELÉFONO(S)	5134-0270, y 5534-3730	FAX		CORREO ELECTRÓNICO	ventas@casaplarre.com licitaciones@casaplarre.com
ESCRITURA PÚBLICA	23,533 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	8 DE ENERO DE 1955 (CONST) 17 DE FEBRERO DE 1986 (REF)	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ADOLFO MARTÍNEZ Y GÓMEZ DEL CAMPO (CONST) LICENCIADO JUAN MANUEL ASPRÓN PELAYO (REFORMA)
NOTARÍA PÚBLICA	56 DEL DISTRITO FEDERAL (CONST) 186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	FOLIO MERCANTIL			BAJO EL NÚMERO 309, A FOJAS 279, VOLUMEN 335, LIBRO 3° (CONSTITUTIVA) 43075 (REFORMA)
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE; NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLÓGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUOROSCOPIA, ANGIOGRAFÍA, IMPRESORAS TÉRMICAS Y LASER, ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALÓGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, POLÍGRAFOS, MONITORES DE USO MÉDICO, CENTRALES DE MONITOR Y CARROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACIÓN.				
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO	ESCRITURA PÚBLICA	85.624	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	4 DE FEBRERO DE 2014
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	NOTARÍA PÚBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	43075°
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	A LOS 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "DIRECTORIO DE UNIDADES Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO	PLAZO PARA PAGO	DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA.
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2 (DOS) DE ESTE CONTRATO.			IMPORTE SIN I.V.A.		
			\$487,500.00		
			(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
			0% () 16% (X)		

 LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES BAÑUELOS Apoderado Legal		 M. EN C. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ Coordinador Delegacional de Biomédica en Querétaro Administrador del Contrato	
"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		"EL PROVEEDOR" CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	
 ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal		 ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal	

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

17/08/2016
COFVAJH/IG/041

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0042

ANEXO 1


"OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SECRET



Ing. Jesús Guajardo Briones
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
Presente

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611320/0455
La División de Evaluación y Seguimiento Financiero dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$5,550,491.00; referente al presupuesto 2016 del programa Equipo Asociado a Obra para la adquisición de 29 bienes de Instrumental Médico necesario para la Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Querétaro, Qro.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016
No.099001/6B3000/6B30/BM/ 323 / 785

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR No. 1 en Querétaro.
Clave de cartera: 1550GYR0020
No. de solicitud: 45208
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K012
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 50,000,000
Localización geográfica: 22 Querétaro

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 14230002
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 44,397,280
Nombre del PPI: Equipo Asociado a Obra

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 29
Monto original con IVA: 5,550,491.00

(cinco millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Coordinador

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

José David Méndez Santa Cruz



Ing. Jesús Guajardo Briones
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
Presente

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611320/0455
La División de Evaluación y Seguimiento Financiero dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$5,550,491.00; referente al presupuesto 2016 del programa Equipo Asociado a Obra para la adquisición de 29 bienes de Instrumental Médico necesario para la Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Querétaro, Qro.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No.099001/6B3000/6B30/BMI/ 323

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
C.P. Soledad Virginia Tello García.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Querétaro /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0020
No. solicitud de SHCP : 45208


No. de programa o proyecto PREI : 14230002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 323/

Nombre del programa o proyecto: Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR No. 1 en Querétaro.

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenio Presupuesto del Distrito de Bien				PREI				PREI Milenio Control de Compromisos				Monto autorizado		cifras en pesos ImpORTE Total con IVA			
						Municipio /Estado	Ubicación	Ur	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Adquisi	Descripción	URC	URC	URC	URC		UI	Centro de Costo	Periodo Ptal
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083197	166097	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-619	0403	02	01	16396	MONITOR DE SIGNOS VITALES	09	09530007	099001	150000	2016M06	6	103,013	618,078.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083198	166098	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-053	03E4	00	01	17408	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA U	09	09530007	099001	150000	2016M06	3	593,335	1,780,305.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083201	166090	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-191	0381	03	01	16314	CABERO ROJO CON EQUIPO	09	09530007	099001	150000	2016M08	3	205,516	616,548.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083202	166092	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-432	0033	02	01	-16377	CUINA DE OLNOR RADIANTE CON	09	09530007	099001	150000	2016M08	5	138,512	682,580.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083203	166093	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-041	0850	03	01	16414	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	561,778	511,778.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083192	166083	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-169	0069	02	01	11713	ELECTROCARDIOGRAFO	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	42,321	42,321.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083190	166094	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-497	0053	02	01	11928	INCUBADORA DE TRASLADO	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	173,626	173,626.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083195	166095	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-562	1010	04	01	11943	EQUIPO QUIRURGICA DOBLE	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	306,494	306,494.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083196	166096	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-582	1457	01	01	11947	LAMPARA DE EXAMINACION CON	09	09530007	099001	150000	2016M08	5	9,619	48,099.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083199	166095	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-328	0181	02	01	11795	UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA DE	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	143,763.00	143,763.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083200	166091	21	M. HOSP GRAL R Y U.M.A.A.1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-941	0279	04	01	12180	VENTILADOR DE TRASLADO	09	09530007	099001	150000	2016M08	2	287,464	574,928.00
TOTAL:																			28	2,805,840	5,560,497.00		

UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0042

ANEXO 2

“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO Y PROPUESTA
ECONÓMICA”.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SALE



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016

CLAVE PREI: 00000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO:	FOLLETO 1 ; MANUAL 1, 2 Y 3 ; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 1 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar.
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.1.1. Carro de emergencia (incluir marca y modelo)
2.1.1.1. De material plástico o polímero de alto impacto.
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 78 cm y 97 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm. altura entre 90 cm y 100 cm.
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción.
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.5 cm de diámetro como mínimo.
2.1.1.5. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar. <u>FOLLETO 1 ; MANUAL 2 PÁG. 1-2</u>
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico. <u>FOLLETO 1 ; MANUAL 2 PÁG. 1-2 Y 1-3</u>
2.1.1. Carro de emergencia (CAPSA SOLUTIONS/AVALO) <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.1. De material plástico de alto impacto. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 79 cm, ancho 60 cm. altura 90 cm. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.7 cm de diámetro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.5. Con sistema de frenado en dos ruedas. <u>FOLLETO 1</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condasa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 00000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V. MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016 MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2 CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145 FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 2 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor.
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro.
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición.
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones.
2.1.1.8. Con cuatro cajones como mínimo.
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo.
2.1.1.9. Sistema de seguridad.
2.1.1.9.1. Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
2.1.1.10. Con poste portavenoclisis ajustable e integrado.

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8. Con cinco cajones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9. Sistema de seguridad. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9.1. Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.10. Con poste portavenoclisis ajustable e integrado. <u>FOLLETO 1</u>

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 00000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1;
	MANUAL 1, 2 Y 3;
	CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 3 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (referir marca y modelo).
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor.
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente o semitransparente, libre de latex.
2.1.2.3. Autoinflable.
2.1.2.4. Tamaño adulto:
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1500 ml, como mínimo.
2.1.2.5. Tamaño pediátrico.
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600ml.

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. FOLLETO 1
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas. FOLLETO 1
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E. FOLLETO 1
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (MERLIN MEDICAL / W44525; W4454, W4456). CATALOGO 1 PÁG. 2, 6
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor. MANUAL 1 PÁG. 2, 3 Y 4
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente libre de latex. CATALOGO 1 PÁG. 3 Y 4
2.1.2.3. Autoinflable. MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3
2.1.2.4. Tamaño adulto: MANUAL 1 PÁG. 3
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1850 ml. MANUAL 1 PÁG. 3
2.1.2.5. Tamaño pediátrico (NIÑO). MANUAL 1 PÁG. 3
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 585 ml. MANUAL 1 PÁG. 3



Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2.1.2.6. Tamaño neonatal.
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320ml, como máximo.
2.1.2.7. Mascarillas reusables.
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria.
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O.
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario.
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (referir marca y modelo).
2.1.3.1. Mango.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 4 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.2.6. Tamaño neonatal (INFANTE). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.7. Mascarillas reusables. <u>CATALOGO 1 PÁG. 2 Y 4</u>
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor. <u>CATALOGO 1 PÁG. 4</u>
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente. <u>CATALOGO 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (Laringoscopia) (KAWE / F.O. LED). <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.1. Mango. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>



ANEYOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 00000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 5 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión.
2.1.3.1.2. Acabado acanalado o rugoso.
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas.
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
2.1.3.3. Iluminación xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio.
2.1.3.4.1. De acero inoxidable.
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas.

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión. CATALOGO 2 PÁG. 2
2.1.3.1.2. Acabado rugoso (Estriado). CATALOGO 2 PÁG. 2
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas. CATALOGO 2 PÁG. 4
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo. CATALOGO 2 PÁG. 4 y 7
2.1.3.3. Iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts. CATALOGO 2 PÁG. 4
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio. CATALOGO 2 PÁG. 1
2.1.3.4.1. De acero inoxidable. CATALOGO 2 PÁG. 1
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4. CATALOGO 2 PÁG. 6
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4. CATALOGO 2 PÁG. 5
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas. CATALOGO 2 PÁG. 7

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cauhtémoc D.F.
Av. Cauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
- 2.1.5. Desfibrilador.
 - 2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
 - 2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 200 Joules.
 - 2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
 - 2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga.
 - 2.1.5.5. Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
 - 2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).
 - 2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
 LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016 MODELO: TEC-5631 / AVALO
 PARTIDA: 2 CATÁLOGO: FOLLETO 1;
 MANUAL 1, 2 Y 3;
 CATALOGO 1, 2 Y 3
 CANTIDAD: 145 FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 6 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora. **FOLLETO 1**
- 2.1.5. Desfibrilador. **MANUAL 2 PORTADA**
 - 2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado. **MANUAL 2 PÁG. 1-2**
 - 2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 270 Joules. **MANUAL 2 PÁG. 1-3 , 1-4, 2-2 Y 15-11**
 - 2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo de 40 segundos. **MANUAL 2 PÁG. 1-4 Y 6-2-8**
 - 2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga (Descarga interna). **MANUAL 2 PÁG. 1-4 , 12-6 12-12 , 12-13 , 12-14 Y 15-9**
 - 2.1.5.5. Tiempo de carga de 5 segundos para máxima energía. **MANUAL 2 PÁG.1-4**
 - 2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). **MANUAL 2 PÁG. 2-2**
 - 2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa. **MANUAL 2 PÁG.6-0-2**

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de GuevarA
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 7 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.6 Marcapasos transcutáneo :
2.1.6.1 Interconstruido usando electrodos autoadheribles.
2.1.6.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.
2.1.6.3 Duración del pulso de 40 milisegundos o menor.
2.1.6.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
2.1.6.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
2.1.6.6 Despliegue de parámetros en pantalla.
2.1.7. Monitor.
2.1.7.1. Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
2.1.7.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca,

2.1.6 Marcapasos transcutáneo : <u>MANUAL 2 PÁG.7-5 Y 15-16</u>
2.1.6.1 Interconstruido usando electrodos autoadheribles. <u>MANUAL 1 PÁG. 2-4, 7-8</u>
2.1.6.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 8 Ma a 200 mA. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-16</u>
2.1.6.3 Duración del pulso de 40 milisegundos. <u>MANUAL 2 PÁG.15-16</u>
2.1.6.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 pulsos por minuto a 180 pulsos por minuto. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-16</u>
2.1.6.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). <u>MANUAL 2 PÁG. 15-3</u>
2.1.6.6 Despliegue de parámetros en pantalla. <u>MANUAL 2 PÁG. 7-5</u>
2.1.7. Monitor. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3</u>
2.1.7.1. Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-3</u>
2.1.7.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).

2.1.7.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.

2.1.7.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).

2.1.8. Palas

2.1.8.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.

2.1.8.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.

2.1.8.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.

2.1.8.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.

2.1.9. Alarmas audibles y visibles.

2.1.9.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO:	FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 8 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). **MANUAL 2 PÁG. 8-1-4 Y 8-1-13**

2.1.7.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español. **MANUAL 2 PÁG. 15-5 Y 8-3-9**

2.1.7.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias). **MANUAL 2 PÁG. 8-0-3 , 10-1-22 Y 11-9**

2.1.8. Palas **MANUAL 2 PÁG. 2-7**

2.1.8.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. **MANUAL 2 PÁG. 6-1-5 Y 8-1-18**

2.1.8.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. **MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7**

2.1.8.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. **MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7**

2.1.8.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. **MANUAL 2 PÁG. 1-6, 6-0-3 Y 6-2-11**

2.1.9. Alarmas audibles y visibles. **MANUAL 2 PÁG. 9-2**

2.1.9.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2. **MANUAL 2 PÁG. 8-3-8, 9-6 Y 9-12**



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u>	MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u>	CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u>	FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>

HOJA 9 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.9.2. De desconexión del paciente.
2.1.9.3. Del nivel de carga de la batería.
2.1.10. Sistema de registro.
2.1.10.1. Impresión integrada.
2.1.10.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
2.1.10.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
2.1.10.4. Un canal como mínimo.
2.1.11. SpO2.
2.1.11.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
2.1.11.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.

2.1.9.2. De desconexión del paciente. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 15-3</u>
2.1.9.3. Del nivel de carga de la batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-9</u>
2.1.10. Sistema de registro. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.10.1. Impresión integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-6</u>
2.1.10.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.10.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.10.4. Un canal. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.11. SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-2</u>
2.1.11.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-7</u>
2.1.11.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 8-3-8</u>



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Miltres Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2.1.12. Batería.
2.1.12.1. Recargable e integrada.
2.1.12.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
2.1.12.3. Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo, como mínimo.
2.1.12.4. Tiempo de carga máximo 4.5 horas.
2.1.13 Presión no invasiva:
2.1.13.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.1.13.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.
2.1.13.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 10 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.12. Batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u>
2.1.12.1. Recargable e integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 4-2</u>
2.1.12.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u>
2.1.12.3. Que permita dar al 100 desfibrilaciones a carga máxima o 180 minutos de monitoreo continuo. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-20</u>
2.1.12.4. Tiempo de carga de 3 horas. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-8</u>
2.1.13 Presión no invasiva: <u>MANUAL 3 PÁG. 1-2</u>
2.1.13.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-2</u>
2.1.13.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 ; MANUAL 3 PÁG. 2-23</u>
2.1.13.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-18</u>
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-4</u>



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (incluir marca y modelo).
3.3. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera con conector para los brazaletes.
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (al menos 100 piezas).
4.2. Electrodo autoadheribles trascutáneos para desfibrilación y/o marcapasos tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (referir marca y modelo).
4.3. Pasta conductora al menos dos tubos.
4.4. Papel para impresión al menos dos rollos.
4.5. Al menos una bolsa con 100 sellos de garantía.
4.6 Al menos dos focos para laringoscopio.



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u> PARTIDA: <u>2</u> CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u> CANTIDAD: <u>145</u> FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
HOJA 11 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (NIHON KOHDEN / JC865V). <u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-7</u>
3.3. Cable de paciente de 6 puntas . <u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-8</u>
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera con conector para los brazaletes. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-6</u>
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (100 piezas). <u>CATALOGO 3 PÁG. 22</u>
4.2. Electrodo autoadheribles trascutáneos para desfibrilación y/o marcapasos tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (Nihon Kohden / H327). <u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u>
4.3. Pasta conductora dos tubos. <u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u>
4.4. Papel para impresión dos rollos. <u>MANUAL 2 PÁG. i</u>
4.5. Una bolsa con 100 sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
4.6 Dos focos para laringoscopio. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u>

Cauhtémoc D.F.
 Av. Cauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA
REANIMACIÓN
CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%.
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estandares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.
7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO:	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 12 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-20</u>
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estandares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.
7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.



Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V. MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
 LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016 MODELO: TEC-5631 / AVALO
 PARTIDA: 2 CATÁLOGO: FOLLETO 1;
MANUAL 1, 2 Y 3;
CATALOGO 1, 2 Y 3
 CANTIDAD: 145 FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 13 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ATENTAMENTE

ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

biossmann

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

STAY
STAY
STAY

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E13-2016 ELECTRONICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRESENTE.

Proceso No. EA
 Pande con Abastecimiento Simultáneo

PROCEDIMIENTO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E13-2016 ELECTRONICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (TEDO)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06170

R.F.C.: CPL8512305Z

TELEFONO: (0155) 51 34 02 70

CORREO ELECTRÓNICO: ventas@casaplarre.com

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

FECHA: 29/07/2016

Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Fuente de Abastecimiento ofertada	Cantidad ofertada	Precio Unitario SIN IVA	Importe Total ofertado SIN IVA
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	81%_Primera Fuente	118	19,588,000.00	19,588,000.00
SUB-TOTAL						19,588,000.00	19,588,000.00
16% IVA						3,134,000.00	3,134,000.00
TOTAL						22,722,000.00	22,722,000.00

Partida	Descripción	Cantidad Total	% 1a Fuente	% 2a Fuente	Cantidad 1a Fuente	Cantidad 2a Fuente
2	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	145	81%	19%	118	27

IMPORTE TOTAL EN LETRA: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS 00/100

Nota: En la columna "Cantidad Ofertada", se desplegará el combo con las cantidades correspondientes a la primera y segunda fuente de abastecimiento, a fin de que seleccione la que ofertará.

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

(Firma)

ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com


Monterrey
 Simón Bolívar No. 1564
 Col. Guadalupe Centro
 C.P. 64460 Monterrey, Coahuila
 Tel. 01 81 8346 1475
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 Gral. Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jalisco
 Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com

BIOSMANN

0013

**TO
TEXT
TENS
SINS**

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p>Contrato Numero 16BI0042</p>
---	--	--

ANEXO 3

“REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y DIRECTORIO DE UNIDADES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SECRET



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida	PREI	SAI	EQUIPO	Eléctrica	Hydrosanitaria	Cases	Vapor	Tuboría	Desinstalación e Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS	Tiempo de Entrega (Días naturales posterior fallo)
1	11795	531.328.0181.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIURGÍA DE USO GENERAL	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.		90
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.		90

NOMENCLATURA		TIPO DE CAPACITACIÓN:
No Req		NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
F = FUNDAMENTAL		Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
I = INTERMEDIA.		Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
A = AVANZADA		Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	PRI	SAI	Descripción	Quemavea Quintanas (A)	Queretaro Tecuapetlan (B)	EAO 2016 (A*) B)	REPOSICIÓN	SEDENA	Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente	Abastecimiento Simultaneo
1	11795	531.328.0181.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL.	6	1	7	50		57					
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	2	3	5	115	25	145	81%	19%	118	27	
				8	4	12	165	25	202			118	27	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

**DDIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA**

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador	Cargo	Correo electrónico	PREJ	SAI	Descripción	Cantidad	Abastecimiento Simultáneo
1	Morelos	HGR No. 1 en Cuernavaca, Morelos (Quirofanos)	Av. Plan de Ayala, Esq. Avenida Central, No. 1201, Col. Flores Magón, C.P. 62430	M.E. Norma Georgina Mancilla Juárez	Directora del Hospital general Regional No. 1 en Cuernavaca, Morelos	norma.mancilla@imss.gob.mx	11795	531.328.0181.02.01	UNIDAD ELECTROCIURUGÍA DE USO GENERAL.	6	
1	Querétaro	Hospital General Regional en Querétaro, Querétaro (Tococcingua)	Playa Condesa No. 502, Col. Desarrollo San Pablo, Santiago de Querétaro, C.P. 76150	M. en C. José de Jesús López Hernández	Coordinador Delegacional de Biomedica	jose.lopezhe@imss.gob.mx	11795	531.328.0181.02.01	UNIDAD ELECTROCIURUGÍA DE USO GENERAL.	1	
2	Morelos	HGR No. 1 en Cuernavaca, Morelos (Quirofanos)	Av. Plan de Ayala, Esq. Avenida Central, No. 1201, Col. Flores Magón, C.P. 62430	M.E. Norma Georgina Mancilla Juárez	Directora del Hospital general Regional No. 1 en Cuernavaca, Morelos	norma.mancilla@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	2	
2	Querétaro	Hospital General Regional en Querétaro, Querétaro (Tococcingua)	Playa Condesa No. 502, Col. Desarrollo San Pablo, Santiago de Querétaro, C.P. 76150	M. en C. José de Jesús López Hernández	Coordinador Delegacional de Biomedica	jose.lopezhe@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	3	

12

2 ó 4 contratos depende de proveedor adjudicado

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

