



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NÚMERO 16BI0052
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON TÍTULO DE COMPRAS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR040-E13-2016		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN I Y 46 DE LA LAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO
	2	AGOSTO	2016

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	R.F.C.	CPL-851230-512	REGISTRO PATRONAL IMSS	010-23766-10-7
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO				
TELÉFONO(S)	5134-0270 y 5634-3730	FAX	N/D	CORREO ELECTRÓNICO	ventas@casaplarre.com licitaciones@casaplarre.com
ESCRITURA PÚBLICA:	23,533 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	8 DE ENERO DE 1965 (CONST) 17 DE FEBRERO DE 1986 (REF)	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ADOLFO MARTÍNEZ Y GÓMEZ DEL CAMPO (CONST) LICENCIADO JUAN MANUEL ABRÓN PELLAYO (REFORMA)
NOTARÍA PÚBLICA	56 DEL DISTRITO FEDERAL (CONST) 186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	FOLIO MERCANTIL	BAJO EL NÚMERO 309, A FOJAS 279, VOLUMEN 335, LIBRO 3º (CONSTITUTIVA) 43075 (REFORMA)		
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLÓGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUOROSCOPIA, IMPRESORAS TÉRMICAS Y LÁSER, ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALOGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, POLIGRAFOS, MONITORES DE USO MÉDICO, CENTRALES DE MONITOREO Y CARROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACIÓN.				
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO	ESCRITURA PÚBLICA	85.624	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	4 DE FEBRERO DE 2014
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	NOTARÍA PÚBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	43075*
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	A LOS 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "DIRECTORIO DE UNIDADES Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO		

OBJETO DEL CONTRATO		IMPORTE SIN I.V.A	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2 (DOS) DE ESTE CONTRATO.		\$2,600,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 007100 M.N.)	0% () 16% (X)
<p>"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p><i>Christophe Guillerme - Oliva Niehus</i> INGENIERO CHRISTOPHER GUILLERMO OLIVA NIEHUS Ingeniero Biomédico Delegacional en Jalisco Administrador del Contrato</p>	<p>"EL PROVEEDOR" CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</p> <p><i>Alberto Paulino Basurto</i> ALBERTO PAULINO BASURTO Apostado Legal</p>		

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

17/08/2016
COFVA/JG/GF/HL

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero


16BI0052

ANEXO 1

"OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 05 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$23,634,250.76, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 115 carros rojos con equipo completo para reanimación, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 271 / 455

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016
Clave de cartera: 1550GYR0023 Programa presupuestario: K029
No. de solicitud: 47726 Fuente financiamiento: 4
Unidad Responsable: GYR Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763
Localización geográfica: Varios

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15090015
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 1,804,409,105
Nombre del PPI: Equipo médico

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 115
Monto original con IVA: 23,634,250.76

(veintitres millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos 76/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN





Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384

La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$23,634,250.76, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 115 carros rojos con equipo completo para reanimación, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 271 / 455

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

- Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
- Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Cordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
- Lic. Armando Rivera Téllez.- Cordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
- Lic. Sergio Antonio Rosete Weben.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Baja California /1
- Lic. Rafael Eduardo Ayala Fariás.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Coahuila /1
- Lic. Georgina Sánchez Alegria.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Colima /1
- Lic. Victor Manuel Villa Hernández.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Chihuahua /1
- C.P. Victor Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1
- Lic. Yolanda Vázquez Cantero.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No.1 CMN Bajo León Guanajuato /1
- C.P. Luis Millot Mariscal.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Hidalgo /1
- Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1
- Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1
- C.P. Constanza Zepeda Neri.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Michoacán /1
- C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1
- C.P. Adolfo Ulloa Arteaga.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Nayarit /1
- C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Nuevo León /1



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$23,634,250.76, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 115 carros rojos con equipo completo para reanimación, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.


Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 271 / 455

- C.P. Manuel Sanromán Vázquez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Puebla /1
- Lic. Rosaiba Acerina Rivero Sabido.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Quintana Roo /1
- C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1
- Lic. José Abdo Schekalban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tamaulipas /1
- C.P. Gloria Losada García.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Norte /1
- C.P. Fernando Ocejo Rodríguez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Sur /1
- C.P. Yaremi Elizabeth Ake Sustersick.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Yucatán /1
- C.P. EVELIA Montañez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Zacatecas /1
- Mtra. Ana Judith Velázquez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Norte /1
- Lic. Leopoldo Gabriel Segura Hernández.- Encargado del Departamento de Finanzas en la UMAE HC CMN Siglo XXI /1
- Mtro. Daniel Esteban Ramírez Garcén.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Sur /1
- Lic. Maricela Ramírez Torres.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HC No. 34 CMN del Noreste Nuevo León /1
- Mtra. Verónica Jazmín Jurado Culebro.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Siglo XXI /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.





DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN
OLI No.: 271/455



Clave de cartera SHCP : 1550GYR0023
No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015
Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millenium: Presupuesto del Destino del Bien		SAI		PREI		PREI Millenium Control de Compromisos		Monto autorizado									
						Municipio /Estado	Utilización	UT	Centro de Costo	GPO-SEM	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG	UI	Centro de Costo	Periodo Prial	No. de Bienes	Preio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico	12063663	0000165233	1471	H.G.R. N° 20	TUJANA, B.C.	02050007	020501	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	5	205.515	1,027,576.12
53101	Equipo médico	12063664	0000164417	1471	U.M.F. N° 34	TUJANA, B.C.	02050020	022411	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063665	0000165078	1471	UMF 40	MEXICALI	02010053	022421	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063666	0000165577	1471	UMF N° 82	SALTILLO	06030002	052404	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	3	205.515	616,545.67
53101	Equipo médico	12063667	0000165464	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM73	SALTILLO, COAH.	05030007	052405	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063668	0000165879	1471	UMF N° 66	TORREON	05090014	052410	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063669	0000165020	1471	UMF. N° 11	COLIMA	06010013	062401	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063670	0000165141	1471	UMF. N° 19	COLIMA	06010027	062410	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063671	0000165364	1471	UMF. N°64 Y UNIDAD DEPORTIVA M.H	CD. JUAREZ CHIH	08100020	062419	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063672	0000165583	1471	ESPECIALIDADES NUM 1	LEON, GTO.	11A10001	111901	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063673	0000164920	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM 53	LEON GTO	11170018	112414	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	5	205.515	1,027,576.12
53101	Equipo médico	12063674	0000164921	1471	M.H.GRAL ZONA. NIF. NUM.5	LA DE ALLENDE H	13100002	130205	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063675	0000165584	1471	M.H.GRAL ZONA NUM 89	GUADALAJARA, JAL	14A80001	140104	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063676	0000164533	1471	M.U.MED FAM. HOSP. NUM.5	EL SALTO, JAL.	14D20001	142201	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063677	0000164814	1471	M.U.MED FAM. HOSP. NUM.31	JICO DEL MERCAD	14110001	142204	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063678	0000165402	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.2	GUADALAJARA, JAL	14D10004	142402	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063679	0000164939	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.78	GUADALAJARA, JAL	14D10021	142405	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063680	0000165183	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.34	GUADALAJARA, JAL	14D10035	142408	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063681	0000164980	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.88	GUADALAJARA, JAL	14D10041	142411	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063682	0000164398	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.49	GUADALAJARA, JAL	14D10050	142414	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063683	0000168815	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.53	ZAPOCAN, JAL.	14350004	142430	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063684	0000165816	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.171	ZAPOCAN, JAL	14350007	142432	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063685	0000164359	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.39	LAQUEPAQUE, JAL	14490001	142442	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063686	0000164981	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.3	GUADALAJARA, JAL	14A60004	142457	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063687	0000165626	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.48	GUADALAJARA, JAL	14A70002	142458	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063688	0000165927	1471	M.U.MED FAMILIAR NUM.80	CHUATLAN, JAL.	14D30001	142462	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205,515.22

ALZADOS
ANEXO DE CONTRATOS

Clave de carrera SHCP : 1550GYR0023

No. solicitud de SHCP : Cuenta contable PREI 13350109


Nombre del programa o proyecto : **PREI** 1550GYR0023 No. de programa o proyecto PREI : 15090015

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN
OLI No.: 271/455



cifras en pesos

Clave CCG	Nombre de clave CCG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Titularium Pasapuerto del Distrito del Bien				PREI Titularium Centro de Compromiso				Monto autorizado									
						Municipio Estado	Ubicación	UI	Cambio de Caso	GRPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	UI	Comite de Caso	Periodo Prial	No de Bienes	Precio con IVA	Inpote Total con IVA	
53101	Equipo médico	12063689	0000165104	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 74	TILAMNALCO	15620001	162424	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063690	0000165403	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 8	URUAPAN, MCH	17090002	170101	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	205.515	411.030.45
53101	Equipo médico	12063691	0000165917	1471	M.H GRAL ZONA -M.F. NUM. 7	CUAUTLA, MOR	18110001	180201	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063692	0000164390	1471	M.H.G.R.M.F. 1	CUERNAVACA	18010009	180801	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	205.515	411.030.45
53101	Equipo médico	12063693	0000164391	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 54	ILIANO ZAPATA, M	18180001	182417	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063694	0000164982	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 19	COMPOSTELA, NAY	19130001	192414	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063695	0000164982	1471	M.H.ESP. CARDIO NUM. 34	MONTERREY, N.L	20A20001	201902	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	5	205.515	1.027.576.12
53101	Equipo médico	12063696	0000164763	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 3	MONTERREY, N.L	20010007	202404	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063697	0000164963	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 53	GALENANA, N.L	20290001	202433	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063698	0000164764	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 54	ARAUCAERRE, N.L	20290001	202438	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063699	0000164964	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 58	ARAUCAERRE, N.L	20290001	202439	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063700	0000165818	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 15	TA. CATARINA, N.	20950003	202441	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063701	0000164965	1471	M.H. GRAL ZONA M.F. NUM 15	TEHUACAN, PUE	22060002	220103	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063702	0000164966	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 1	PUEBLA, PUE	22010004	222408	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063703	0000165628	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 6	PUEBLA, PUE	22010004	222408	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063704	0000164967	1471	H.G.Z. C.M.F. N. 2	COZUMEL	24020002	240401	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	205.515	411.030.45
53101	Equipo médico	12063705	0000164968	1471	H.G.R. N. 17	BENITO JUAREZ	24070026	240901	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	205.515	411.030.45
53101	Equipo médico	12063706	0000164969	1471	U.M.F. N. 16	BENITO JUAREZ	24070026	242423	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063707	0000165105	1471	U.M.F. F.M. -HOSP. NUM 10	BENJAMIN HILL SQ	27520001	272203	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063708	0000164578	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 28	BACUM, SON	27060001	272408	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063709	0000164578	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 15	ETCHOJOA, SON	27090001	272414	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063710	0000164578	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 15	VILLAHERMOSA	28010007	282401	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063711	0000164578	1471	FAMILIAR 43	VILLAHERMOSA	28010007	282405	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063712	0000165404	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 59	VILLAHERMOSA	28020001	282406	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063713	0000165404	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 59	CARDENAS	28020001	282408	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063714	0000164979	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 5	CARDENAS	28040001	282410	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063715	0000164970	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 9	CARDENAS	28100001	282410	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063715	0000164364	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 12	HUIMANGUILLO	28140001	282414	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063716	0000165919	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 22	CINDUACAN	28250001	282421	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063717	0000165919	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 28	JALPA	28270001	282422	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063718	0000165186	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 32	HUIMANGUILLO	28400001	282427	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063719	0000165187	1471	M.U MED FAMILIAR NUM 33	EMILIANO ZAPATA	28470001	282429	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22
53101	Equipo médico	12063720	0000165188	1471	U MED FAMILIAR NUM 41	HIO BENITO JUAREZ	28490001	282431	200200	531-191	0391	03	01	16314	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205.515	205.515.22





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero


16BI0052

ANEXO 2

“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO Y PROPUESTA ECONÓMICA”.

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C. V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 1 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar.
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.1.1. Carro de emergencia (incluir marca y modelo)
2.1.1.1. De material plástico o polímero de alto impacto.
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 78 cm y 97 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm. altura entre 90 cm y 100 cm.
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción.
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.5 cm de diámetro como mínimo.
2.1.1.5. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar. FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico. FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2 Y 1-3
2.1.1. Carro de emergencia (CAPSA SOLUTIONS/AVALO) FOLLETO 1
2.1.1.1. De material plástico de alto impacto. FOLLETO 1
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 79 cm, ancho 60 cm. altura 90 cm. FOLLETO 1
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción. FOLLETO 1
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.7 cm de diámetro. FOLLETO 1
2.1.1.5. Con sistema de frenado en dos ruedas. FOLLETO 1

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor.
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro.
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición.
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones.
2.1.1.8. Con cuatro cajones como mínimo.
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo.
2.1.1.9. Sistema de seguridad.
2.1.1.9.1. Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
2.1.1.10. Con poste portavenocllisis ajustable e integrado.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 2 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8. Con cinco cajones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9. Sistema de seguridad. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9.1. Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.10. Con poste portavenocllisis ajustable e integrado. <u>FOLLETO 1</u>

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (referir marca y modelo).
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor.
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente o semitransparente, libre de latex.
2.1.2.3. Autoinflable.
2.1.2.4. Tamaño adulto:
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1500 ml, como mínimo.
2.1.2.5. Tamaño pediátrico.
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600ml.



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO FOLLETO 1;
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: CATALOGO 1, 2 Y 3
	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 3 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. FOLLETO 1
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas. FOLLETO 1
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E. FOLLETO 1
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (MERLIN MEDICAL / W44525, W4454, W4456). CATALOGO 1 PÁG. 2, 6
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor. MANUAL 1 PÁG. 2, 3 Y 4
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente libre de latex. CATALOGO 1 PÁG. 3 Y 4
2.1.2.3. Autoinflable. MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3
2.1.2.4. Tamaño adulto: MANUAL 1 PÁG. 3
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1850 ml. MANUAL 1 PÁG. 3
2.1.2.5. Tamaño pediátrico (NIÑO). MANUAL 1 PÁG. 3
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 585 ml. MANUAL 1 PÁG. 3

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

Handwritten mark

**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2.1.2.6. Tamaño neonatal.
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320ml, como máximo.
2.1.2.7. Mascarillas reusables.
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria.
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O.
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario.
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (referir marca y modelo).
2.1.3.1. Mango.

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u> PARTIDA: <u>2</u> CÁTALOGO: <u>FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CÁTALOGO 1, 2 Y 3</u> CANTIDAD: <u>145</u> FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
HOJA 4 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.2.6. Tamaño neonatal (INFANTE). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.7. Mascarillas reusables. <u>CÁTALOGO 1 PÁG. 2 Y 4</u>
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor. . <u>CÁTALOGO 1 PÁG. 4</u>
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente. . <u>CÁTALOGO 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (Laringoscopia) (KAWE / F.O. LED). <u>CÁTALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.1. Mango. <u>CÁTALOGO 2 PÁG. 2</u>



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 5 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión.
2.1.3.1.2. Acabado acanalado o rugoso.
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas.
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
2.1.3.3. Iluminación xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio.
2.1.3.4.1. De acero inoxidable.
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas.

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión. CATALOGO 2 PÁG. 2
2.1.3.1.2. Acabado rugoso (Estriado). CATALOGO 2 PÁG. 2
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas. CATALOGO 2 PÁG. 4
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo. CATALOGO 2 PÁG. 4 y 7
2.1.3.3. Iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts. CATALOGO 2 PÁG. 4
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio. CATALOGO 2 PÁG. 1
2.1.3.4.1. De acero inoxidable. CATALOGO 2 PÁG. 1
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4. CATALOGO 2 PÁG. 6
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4. CATALOGO 2 PÁG. 5
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas. CATALOGO 2 PÁG. 7

biossmann

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
 Av. Cuahtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jalisco
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u> PARTIDA: <u>2</u> CANTIDAD: <u>145</u> FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u> CANTIDAD: <u>145</u>

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 6 DE 13

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
2.1.5. Desfibrilador.
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 200 Joules.
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga.
2.1.5.5. Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).
2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.5. Desfibrilador. <u>MANUAL 2 PORTADA</u>
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-2</u>
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 270 Joules. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-3 , 1-4, 2-2 Y 15-11</u>
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo de 40 segundos. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-4 Y 6-2-8</u>
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga (Descarga interna). <u>MANUAL 2 PÁG. 1-4 , 12-6 12-12 , 12-13 , 12-14 Y 15-9</u>
2.1.5.5. Tiempo de carga de 5 segundos para máxima energía. <u>MANUAL 2 PÁG.1-4</u>
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). <u>MANUAL 2 PÁG. 2-2</u>
2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa. <u>MANUAL 2 PÁG.6-0-2</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 00000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 7 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.6 Marcapasos transcutáneo :
2.1.6.1 Interconstruido usando electrodos autoadheribles.
2.1.6.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.
2.1.6.3 Duración del pulso de 40 milisegundos o menor.
2.1.6.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
2.1.6.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
2.1.6.6 Despliegue de parámetros en pantalla.
2.1.7. Monitor.
2.1.7.1. Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
2.1.7.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca,

2.1.6 Marcapasos transcutáneo : <u>MANUAL 2 PÁG.7-5 Y 15-16</u>
2.1.6.1 Interconstruido usando electrodos autoadheribles. <u>MANUAL 1 PÁG. 2-4, 7-8</u>
2.1.6.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 8 Ma a 200 mA. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-16</u>
2.1.6.3 Duración del pulso de 40 milisegundos. <u>MANUAL 2 PÁG.15-16</u>
2.1.6.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 pulsos por minuto a 180 pulsos por minuto. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-16</u>
2.1.6.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). <u>MANUAL 2 PÁG. 15-3</u>
2.1.6.6 Despliegue de parámetros en pantalla. <u>MANUAL 2 PÁG. 7-5</u>
2.1.7. Monitor. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3</u>
2.1.7.1. Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-3</u>
2.1.7.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 8 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
2.1.7.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
2.1.7.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).
2.1.8. Palas
2.1.8.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
2.1.8.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
2.1.8.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
2.1.8.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.
2.1.9. Alarmas audibles y visibles.
2.1.9.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.

a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). MANUAL 2 PÁG. 8-1-4 Y 8-1-13
2.1.7.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español. MANUAL 2 PÁG. 15-5 Y 8-3-9
2.1.7.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias). MANUAL 2 PÁG. 8-0-3 , 10-1-22 Y 11-9
2.1.8. Palas MANUAL 2 PÁG. 2-7
2.1.8.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. MANUAL 2 PÁG. 6-1-5 Y 8-1-18
2.1.8.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7
2.1.8.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7
2.1.8.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. MANUAL 2 PÁG. 1-6, 6-0-3 Y 6-2-11
2.1.9. Alarmas audibles y visibles. MANUAL 2 PÁG. 9-2
2.1.9.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2. MANUAL 2 PÁG. 8-3-8, 9-6 Y 9-12



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
 CLAVE PREI: 00000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>	
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u>	MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u>	CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u>	FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>

HOJA 9 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.9.2. De desconexión del paciente.
2.1.9.3. Del nivel de carga de la batería.
2.1.10. Sistema de registro.
2.1.10.1. Impresión integrada.
2.1.10.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
2.1.10.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
2.1.10.4. Un canal como mínimo.
2.1.11. SpO2.
2.1.11.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
2.1.11.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.

2.1.9.2. De desconexión del paciente. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 15-3</u>
2.1.9.3. Del nivel de carga de la batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-9</u>
2.1.10. Sistema de registro. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.10.1. Impresión integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-6</u>
2.1.10.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.10.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.10.4. Un canal. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.11. SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-2</u>
2.1.11.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-7</u>
2.1.11.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 8-3-8</u>



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2.1.12. Batería.
2.1.12.1. Recargable e integrada.
2.1.12.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
2.1.12.3. Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo, como mínimo.
2.1.12.4. Tiempo de carga máximo 4.5 horas.
2.1.13 Presión no invasiva:
2.1.13.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.1.13.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.
2.1.13.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio.

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>	LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u> CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>	CANTIDAD: <u>145</u> FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
HOJA 10 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.12. Batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u>
2.1.12.1. Recargable e integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 4-2</u>
2.1.12.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u>
2.1.12.3. Que permita dar al 100 desfibrilaciones a carga máxima o 180 minutos de monitoreo continuo. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-20</u>
2.1.12.4. Tiempo de carga de 3 horas. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-8</u>
2.1.13 Presión no invasiva: <u>MANUAL 3 PÁG. 1-2</u>
2.1.13.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-2</u>
2.1.13.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 ; MANUAL 3 PÁG. 2-23</u>
2.1.13.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-18</u>
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-4</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de GuevarA
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com





ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 12

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 00000000016314 HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u> CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u> FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
HOJA 11 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (incluir marca y modelo).
3.3. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera con conector para los brazaletes.
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (al menos 100 piezas).
4.2. Electrodo autoadherible trascutáneo para desfibrilación y/o marcapasos tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (referir marca y modelo).
4.3. Pasta conductora al menos dos tubos.
4.4. Papel para impresión al menos dos rollos.
4.5. Al menos una bolsa con 100 sellos de garantía.
4.6 Al menos dos focos para laringoscopio.

3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (NIHON KOHDEN / JC865V). <u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-7</u>
3.3. Cable de paciente de 6 puntas . <u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-8</u>
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera con conector para los brazaletes. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-6</u>
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (100 piezas). <u>CATALOGO 3 PÁG. 22</u>
4.2. Electrodo autoadherible trascutáneo para desfibrilación y/o marcapasos tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (Nihon Kohden / H327). <u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u>
4.3. Pasta conductora dos tubos. <u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u>
4.4. Papel para impresión dos rollos. <u>MANUAL 2 PÁG. i</u>
4.5. Una bolsa con 100 sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
4.6 Dos focos para laringoscopio. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u>



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
NOMBRE GENÉRICO	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%.
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estandares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.
7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 12 DE 13	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%. MANUAL 2 PÁG. 15-20
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estandares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.
7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016
 CLAVE PREI: 00000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS


LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V. MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
 LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016 MODELO: TEC-5631 / AVALO
 PARTIDA: 2 CATÁLOGO: FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
 CANTIDAD: 145 FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 13 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ATENTAMENTE

ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.



plarrre

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-0196GYR040-E13-2016 ELECTRONICA
MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (TEDO) PRESENTE.

Avante Mib, S.A.
Participa con Abastecimiento Simultáneo

PROCEDIMIENTO:	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-0196GYR040-E13-2016 ELECTRONICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (TEDO)			FECHA:	28/07/2016
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE	CASA PLARRRE, S.A. DE C.V.				
DOMICILIO	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170				
R.F.C.	CPL8512309Z				
TELÉFONO:	(0155) 51 34 02 70				
CORREO ELECTRÓNICO	ventas@casaplarrre.com				

Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Fuente de Abastecimiento ofertada	Cantidad ofertada	Precio Unitario SIN IVA	Importe Total ofertado SIN IVA
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARGAPASO.	81%_Primera Fuente	118	164.237.296.52	19,598,000.00
				SUB-TOTAL			19,598,000.00
				16% I.V.A.			3,134,080.00
				TOTAL			22,732,080.00

Partida	Descripción	Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente
2	CARRRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARGAPASO.	145	81.1%	19%	118	27

IMPORTE TOTAL EN LETRA: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS 00/100

Nota: En la columna "Cantidad Ofertada", se desplegará el combo con las cantidades correspondientes a la primera y segunda fuente de abastecimiento, a fin de que selecciones la que ofertará.

LOS PRECIOS OFERTADOS SON VIGENTES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRRE, S.A. DE C.V.

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1, Piso A2
Col. Hipódromo Condessa, Ciudad de México, D.F.
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarrre.com

Cuautepec D.F.
Av. Cuautepec No. 220-201
Col. Doctores,
C. P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarrre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 155
Col. Mitras Centro
C. P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarrre.com

Guadalajara
Gral. Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Jardón de Guевара
C. P. 44160 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 330 3781
ventas_gdl@casaplarrre.com
www.casaplarrre.com

biostrmann

0013

**TO
TEXT
TENS
SINS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0051

ANEXO 3

“REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y DIRECTORIO DE UNIDADES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 04 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be organized into several lines or paragraphs, but no specific words or numbers can be discerned.



REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida PREI	SAI	EQUIPO	Eléctrica	Hydrosanitaria	Cables	Vapor	Tuberia	Desinstalación e instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS	Tiempo de Entrega (Días naturales postoperatorial)
1	531.328.0181.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA DE USO GENERAL.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si req.		90
2	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si req.		90

NIVEL DE CAPACITACIÓN		TIPO DE CAPACITACIÓN:	
No Req		NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.	
F = FUNDAMENTAL		Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.	
I = INTERMEDIA.		Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.	
A = AVANZADA		Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	PREI	SAI	Descripción	Quemavaca Quintanas (A)	Quezaco Tlaxcoyugla (B)	EXO 2016 (A+ B)	REPOSICIÓN	SEDENA	Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente	Abastecimiento Simultáneo
1	11795	531.328.0181.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL.	6	1	7	50		57					
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	2	3	5	115	25	145	81%	19%	118	27	
				8	4	12	165	25	202			118	27	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador	Cargos	Correo electrónico	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Abastecimiento Simultáneo
1	JALISCO	HGZMF26 TALA, JALISCO	Calle Simón Bolívar No. 20, Colonia Tala Centro C.P. 45300 Tala, Municipio de Tala, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	11795	531.328.0181.02.01	Unidad de electrocirugía de uso general.	1	
1	JALISCO	HGZVF6 OCOTLAN, JALISCO	Calle Deigadillo Araujo No. 60, Colonia Florida C.P. 47820 Ocotlán, Municipio de Ocotlán, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	11795	531.328.0181.02.01	Unidad de electrocirugía de uso general.	1	
1	JALISCO	HGR46 LAZARO CARDENAS, JALISCO	Avenida Lázaro Cárdenas No. 1060, Colonia 8 de Julio C.P. 44910 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	11795	531.328.0181.02.01	Unidad de electrocirugía de uso general.	4	
2	JALISCO	HGZ89 FC, JALISCO	Avenida Agustín Yañez No. 1930, Colonia Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	3	*
2	JALISCO	UMFH5 EL SALTO, JALISCO	Prolongación Calle 70 No. 788, Pueblo El Salto Centro C.P. 45660 El Salto, Municipio de El Salto, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMFH31 AHUALCO DEL MERCADO, JALISCO	Calle José María Mercado No. 262, Colonia Ahualulco de Mercado Centro C.P. 46730 Ahualulco de Mercado, Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF2 JESUS GARCIA, GUAD, JALISCO	Calle Jesús García No. 1480, Barrio Santa Teresita C.P. 44600 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF78 SAN RAFAEL, GUAD, JALISCO	Avenida San Jacinto esq. Av del Paque No. 588, Colonia San Rafael C.P. 44810 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF34 18 DE MARZO, GUAD, JALISCO	Avenida López de Legaspi No. 1722, Unidad Habitacional 18 de Marzo C.P. 44960 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF58 EL SAUZ, GUAD, JALISCO	Avenida Jaime Torres Bodet esq. Zanzibar No. 3070, Unidad Habitacional El Sauz INFONAVIT C.P. 44997 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF49 CUTLAHUAC, GUAD, JALISCO	Calle Cutlahuac No. 769, Colonia Obrera C.P. 44420 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*



9



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

**DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN**

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador	Cargo	Correo electrónico	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Abastecimiento Simultáneo
2	JALISCO	UMF53 ZAPOPAN, JAL	Avenida Juan Pablo II (Ames Los Laureles) esq Hidalgo No. 150, Colonia Zapopan Centro C.P. 45100 Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF171 ZAPOPAN, JAL	Avenida Lopez Mateos Sur esq Pedro Simon Laplace No. 3436, Colonia La Calma C.P. 45070 Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF39 EL ALAMO, TLAQUEPAQUE, JA	Calleada Dr. Roberto Michel No. 3340, Colonia Alamo Industrial C.P. 45593 Tlaquepaque, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF3 OBLATOS, GUAD, JAL	Calle Belizario Domínguez No. 815, Colonia Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF48 DR ROBERTO MENDIOLA, JAL	Avenida Circunvalación No. 2208, Colonia Circunvalación Oblatos C.P. 44716 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*
2	JALISCO	UMF80 CHIHUATLAN, JAL	Calle Primero de Mayo No. 10, Colonia Chihuahua Centro C.P. 48970 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	christopher.oliva@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	1	*

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

