

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el  
archivo publicado es  
la mejor versión  
disponible con la  
que cuenta el  
Instituto Mexicano  
del Seguro Social.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
NÚMERO 16BI0057  
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESION DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR040-E13-2016		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN I Y 46 DE LA LAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO
	2	AGOSTO	2016

VIGENCIA DEL CONTRATO			
DEL	DÍA	MES	AÑO
	17	AGOSTO	2016
HASTA	DÍA	MES	AÑO
	31	DICIEMBRE	2016
TIPO DE CONTRATO			
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN			
CERRADO (X)	ABIERTO ( )		
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE ACUERDO AL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI), EMITIDO POR EL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN, MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).			

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	R.F.C.	CPL-861230-512	REGISTRO PATRONAL IMSS	010-23766-10-7
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO				
TELÉFONO(S)	5134-0270, y 5534-3730	FAX	N/D	CORREO ELECTRÓNICO	ventas@casaplarre.com licitaciones@casaplarre.com
ESCRITURA PÚBLICA	23,533 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	8 DE ENERO DE 1955 (CONST) 17 DE FEBRERO DE 1986 (REF)	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ADOLEFO MARTÍNEZ Y GÓMEZ DEL CAMPO, (CONST) LICENCIADO JUAN MANUEL ASPRÓN FELAYO, (REFORMA)
NOTARÍA PÚBLICA	186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	FOLIO MERCANTIL	BAJO EL NÚMERO 309, A FOJAS 279, VOLUMEN 336, LIBRO 3° (CONSTITUTIVA) 43075 (REFORMA)		
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLÓGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUOROSCOPIA, ANGIOGRAFÍA, IMPRESORAS TÉRMICAS Y LASER, ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALÓGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, POLÍGRAFOS, MONITORES DE USO MÉDICO, CENTRALES DE MONITOREO Y CARROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACIÓN.				
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO	ESCRITURA PÚBLICA	85.624	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	4 DE FEBRERO DE 2014
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	NOTARÍA PÚBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	43075*
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	A LOS 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "DIRECTORIO DE UNIDADES Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO		
OBJETO DEL CONTRATO					
IMPORTE SIN I.V.A					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2 (DOS) DE ESTE CONTRATO.			\$487,500.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
			I.V.A		
			0% ( ) 16% (X)		

<p>"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p>  <p>LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES-BAÑUELOS Apoderado Legal</p>	<p>"EL PROVEEDOR" CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</p>  <p>ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal</p>
---	---

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

17/08/2016  
COFVIA/616/JGP





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero


16BI0057

## ANEXO 1

"OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 05 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384**  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$23,634,250.76, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 115 carros rojos con equipo completo para reanimación, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

**Capítulo: Equipamiento**

**Oficio de Liberación de Inversión 2016**

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 271 / 455

**Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP**

**Nombre de Cartera:** Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016  
**Clave de cartera:** 1550GYR0023  
**No. de solicitud:** 47726  
**Unidad Responsable:** GYR  
**Programa presupuestario:** K029  
**Fuente financiamiento:** 4  
**Importe del calendario fiscal:** 4,125,729,763  
**Localización geográfica:** Varios

**Información del HCT del IMSS**

**Tipo OLI:** Adquisición  
**Proyecto PREI:** 15090015  
**Acuerdo:** ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF  
**Asignación presupuestaria:** 1,804,409,105  
**Nombre del PPI:** Equipo médico

**Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016:**

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 26 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y el oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

**Unidad Responsable del Gasto (URG):** 09 Nivel Central  
**Número de bienes:** 115  
**Monto original con IVA:** 23,634,250.76

(veintitres millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos 76/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,  
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez



ANEXOS  
CONTRATOS



tro. Daniel Saúl Broid Krauze  
coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
representante

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 271 / 455

Oficio de solicitud del área requiriente: 095384612930/0384  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$23,634,250.76, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 115 carros rojos con equipo completo para reanimación, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

### Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y proyectos de inversión a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:  
Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)  
Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)  
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)  
Lic. Sergio Antonio Rosele Weben.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Baja California /1  
Lic. Rafael Eduardo Ayala Farías.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Coahuila /1  
Lic. Georgina Sánchez Alegría.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Colima /1  
Lic. Víctor Manuel Villa Hernández.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Chihuahua /1  
C.P. Víctor Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1  
Lic. Yolanda Vázquez Cantero.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No.1 CMN Bajo León Guanajuato /1  
C.P. Luis Millot Mariscal.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Hidalgo /1  
Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1  
Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1  
C.P. Constanza Zepeda Neri.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Michoacán /1  
C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1  
C.P. Adolfo Ulloa Arteaga.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Nayarit /1  
C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Nuevo León /1



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384**  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$23,634,250.76, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 115 carros rojos con equipo completo para reanimación, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMII 271 / 455

- C.P. Manuel Sanromán Vázquez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Puebla /1
- Lic. Rosalba Acerina Rivero Sabido.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Quintana Roo /1
- C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1
- Lic. José Abdo Schekalban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tamaulipas /1
- C.P. Gloria Losada García.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Norte /1
- C.P. Fernando Ocejo Rodríguez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Sur /1
- C.P. Yaremi Elizabeth Ake Sustersick.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Yucatán /1
- C.P. Evelia Montañez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Zacatecas /1
- Mtra. Ana Judith Velázquez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Norte /1
- Lic. Leopoldo Gabriel Segura Hernández.- Encargado del Departamento de Finanzas en la UMAE HC CMN Siglo XXI /1
- Mtro. Daniel Esteban Ramírez Garcén.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Sur /1
- Lic. Maricela Ramírez Torres.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HC No. 34 CMN del Noreste Nuevo León /1
- Mtra. Verónica Jazmín Jurado Culebro.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Siglo XXI /1


ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>  
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

EPC/APOR/ORL


Volante No. 2016000259







Anexo 1 Equipamiento 2016



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN TÉCNICA E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
COORDINACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



OLI No.: 27/1455

Clave de cartera SHCP : 15506YR0023  
No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015  
Cuenta contable PREI : 13350109

Nombre del programa o proyecto : Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Maternum Presupuesto del Destino del Bien			SAI	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	PREI Maternum Control de Compromisos			Monto autorizado					
						Municipio /Estado	Ubicación	UI						Cambio de Costo	PRO-GEN	ESP		UIG	UIG	UI	Cambio de Costo	Periodo Pajal
53101	Equipo médico	12063653	0000165233	1471	H.G.R. N° 20	TUJANA, B.C.	02090007	020501	200200	531-191	0391	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	5	205,515	1,027,576.12
53101	Equipo médico	12063654	0000164417	1471	U.M.F. N° 34	TIJUANA, B.C.	02090020	022411	200200	531-191	0391	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063655	0000163978	1471	U.M.F. 40	MEXICALI	02010053	022421	200200	531-191	0391	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063656	0000165677	1471	U.M.F. N° 82	SALTILLO	05030002	052404	200200	531-191	0381	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	3	205,515	616,545.67
53101	Equipo médico	12063657	0000165464	1471	M.U.MED FAMILIAR	SALTILLO, COAH.	05030007	052405	200200	531-191	0391	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063658	0000165879	1471	U.M.F. N° 66	TORREON	05090014	052410	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063659	0000165020	1471	U.M.F. N° 11	COLIMA	06010013	062410	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063670	0000165141	1471	U.M.F. N° 18	COLIMA	06010027	062410	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063671	0000165394	1471	U.M.F. N° 54 Y UNIDAD DEPENDIENTE	CO. JUAREZ CHIH.	08100020	082419	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	5	205,515	1,027,576.12
53101	Equipo médico	12063672	0000165583	1471	ESPECIALIDADES	LEON, GTO.	11A10001	1119101	200200	531-191	0281	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063673	0000164920	1471	M.U.MED FAMILIAR	LEON, GTO.	11170018	112414	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063674	0000164921	1471	M.H.GRAL.ZONA-MIF	LA DE ALLENDE H.	13100002	130205	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063675	0000165584	1471	M.H.GRAL.ZONA-MIF	SAN JUAN, JAL.	14A80001	140104	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	3	205,515	616,545.67
53101	Equipo médico	12063676	0000164633	1471	M.U.MED FAMILIAR	EL SALTO, JAL.	14020001	142201	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063677	0000165914	1471	M.U.MED FAMILIAR	JICO DEL MERCADO	14110001	142204	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063678	0000165402	1471	M.U.MED FAMILIAR	SAN JUAN, JAL.	14010004	142402	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063679	0000164999	1471	M.U.MED FAMILIAR	SAN JUAN, JAL.	14010004	142402	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063680	0000165183	1471	M.U.MED FAMILIAR	SAN JUAN, JAL.	14010003	142408	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063681	0000164960	1471	M.U.MED FAMILIAR	SAN JUAN, JAL.	14010004	142411	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063682	0000164338	1471	M.U.MED FAMILIAR	SAN JUAN, JAL.	14010050	142414	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063683	0000165815	1471	M.U.MED FAMILIAR	ZAPOTLAN, JAL.	14350004	142430	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063684	0000165916	1471	M.U.MED FAMILIAR	ZAPOTLAN, JAL.	14350004	142432	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063685	0000164339	1471	M.U.MED FAMILIAR	ZAPOTLAN, JAL.	14350004	142432	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063686	0000164961	1471	M.U.MED FAMILIAR	ZAPOTLAN, JAL.	14350004	142432	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063687	0000165656	1471	M.U.MED FAMILIAR	ZAPOTLAN, JAL.	14470002	142438	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22
53101	Equipo médico	12063688	0000165627	1471	M.U.MED FAMILIAR	CHUALTAN, JAL.	14D30001	142462	200200	531-191	0291	03	16314	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	205,515	205,515.22

SOLICITUD DE INVERSIÓN



**DIRECCIÓN DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PROGRAMÁTICA  
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN**

OLI No.: 271/455

15090015  
13350109

No. de programa o proyecto PREI: 15090015  
Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Múltiple /Ejecuto		SAI		ID de Artículo	Descripción	PREI Múltiple Control de Compromisos		Monto autorizando									
						Ubicación	UI	Centro de Costo	UJ			UB	Centro de Costo	Período Patal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA						
53101	Equipo médico	12063721	0000166530	1471	U MED FAM NUM 47-UMMA 11	VILLAHERMOSA	28010030	282432	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063722	0000164971	1471	M.H.GENERAL ZONA 11	NUEVO LAREDO	29180001	230102	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	2	205,515	411,030.45	
53101	Equipo médico	12063723	0000166631	1471	M.U.M.F. Y U.M.A.A. 39	MATAMOROS	29190018	232448	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063724	0000164766	1471	M.H.G.O. 71	VERA CRUZ	31120007	310102	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	2	205,515	411,030.45	
53101	Equipo médico	12063725	0000164580	1471	M UNIDAD DE MEDICINA FAM.61	CORDOBA	32020014	322404	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063727	0000165406	1471	M UNIDAD DE MEDICINA FAM.3	NOGALES	32060001	322406	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063728	0000164985	1471	M UNIDAD DE MEDICINA FAM.3	DATZACONALCOS V	32450014	322430	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063729	0000164666	1471	M UNIDAD DE MEDICINA FAM.31	DATZACONALCOS V	32450015	322431	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063730	0000165921	1471	H GRAL SUBZONA AMF NUM.3	MIGUEL SOYALTE	32570002	322438	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063731	0000164367	1471	M UNIDAD DE MEDICINA FAM.17	MOTUL YUC	33120001	339402	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063732	0000164972	1471	M.H.G.Z.M.F. 1	MAXCANU	33160001	332412	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063733	0000165179	1471	M UNIDAD DE MEDICINA FAM.35	ZACATECAS	34610001	340102	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063734	0000164351	1471	M.H.G.Z.M.F. 29	JORIA DE ANGELE	34460001	342420	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063735	0000165807	1471	M.H.G.R. 25	USTAVO A. MADEP	36530002	360201	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063736	0000165368	1471	M.H. CARDIOLOGIA S. A	IZTAPALAPA	36200001	360501	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	3	205,515	616,545.67	
53101	Equipo médico	12063737	0000165386	1471	M.H. CARDIOLOGIA S. A	DOCTORES	37850005	371802	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	2	205,515	411,030.45	
53101	Equipo médico	12063738	0000164983	1471	M.H. ESPECIALIDADES -19 SEPT.	DOCTORES	37850005	371802	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	3	205,515	616,545.67	
53101	Equipo médico	12063739	0000165397	1471	M.H. ESPECIALIDADES -19 SEPT.	CUAUHTEMOC	37850007	371802	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	3	205,515	616,545.67	
53101	Equipo médico	12063740	0000165909	1471	M.H. ESPECIALIDADES -19 SEPT.	CUAUHTEMOC	37850007	371802	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
53101	Equipo médico	12063741	0000164362	1471	M.H. ESPECIALIDADES -19 SEPT.	CUAUHTEMOC	37850007	371802	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	2	205,515	411,030.45	
53101	Equipo médico	12063742	0000165810	1471	M.H. ESPECIALIDADES -19 SEPT.	CUAUHTEMOC	37850007	371802	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	2	205,515	411,030.45	
53101	Equipo médico	12063743	0000165398	1471	M.H. ESPECIALIDADES -19 SEPT.	CUAUHTEMOC	37850007	371802	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	3	205,515	616,545.67	
53101	Equipo médico	12063744	0000165180	1471	M.U.NEED FAMILIAR NUM.43	IZTAPALAPA	38540014	382407	200200	531-191	0381	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	290000	2016M08	099001	099001	1	205,515	205,515.22	
<b>T O T A L:</b>															118				118				23,634,239.76

PSYCHOLOGICAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero


16BI0057

## ANEXO 2

“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA”.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01    FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PREI: 000000000016314    HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>  CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u> CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u> FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
HOJA 1 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

<b>1. Definición.</b> 1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar.
<b>2. Descripción.</b> 2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.1.1. Carro de emergencia (incluir marca y modelo)
2.1.1.1. De material plástico o polímero de alto impacto.
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 78 cm y 97 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm. altura entre 90 cm y 100 cm.
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción.
2.1.1.4. Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.5 cm de diámetro como mínimo.
2.1.1.5. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.

<b>1. Definición.</b> 1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar. <u>FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2</u>
<b>2. Descripción.</b> 2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico. <u>FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2 Y 1-3</u>
2.1.1. Carro de emergencia (CAPSA SOLUTIONS/AVALO) <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.1. De material plástico de alto impacto. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 79 cm, ancho 60 cm. altura 90 cm. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.4. Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.7 cm de diámetro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.5. Con sistema de frenado en dos ruedas. <u>FOLLETO 1</u>

**biossmann**

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuahtémoc D.F.**  
 Av. Cuahtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com



ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor.
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro.
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición.
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones.
2.1.1.8. Con cuatro cajones como mínimo.
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo.
2.1.1.9. Sistema de seguridad.
2.1.1.9.1. Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
2.1.1.10. Con poste portavenocllisis ajustable e integrado.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 2 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.8. Con cinco cajones. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.9. Sistema de seguridad. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.9.1. Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.10. Con poste portavenocllisis ajustable e integrado. <b><u>FOLLETO 1</u></b>

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

licitante: CASA PLARRE, S.A. DE C.V. MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS  
licitación: LA-019GYR040-E13-2016 MODELO: TEC-5631 / AVALO  
partida: 2 CATÁLOGO: FOLLETO 1;  
CANTIDAD: 145 FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 3 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.

2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.

2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.

2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (referir marca y modelo).

2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor.

2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente o semitransparente, libre de latex.

2.1.2.3. Autoinflable.

2.1.2.4. Tamaño adulto:

2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1500 ml, como mínimo.

2.1.2.5. Tamaño pediátrico.

2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600ml.

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. FOLLETO 1

2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas. FOLLETO 1

2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E. FOLLETO 1

2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (MERLIN MEDICAL / W44525, W4454, W4456). CATALOGO 1 PÁG. 2, 6

2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor. MANUAL 1 PÁG. 2, 3 Y 4

2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente libre de latex. CATALOGO 1 PÁG. 3 Y 4

2.1.2.3. Autoinflable. MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3

2.1.2.4. Tamaño adulto: MANUAL 1 PÁG. 3

2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1850 ml. MANUAL 1 PÁG. 3

2.1.2.5. Tamaño pediátrico (NIÑO). MANUAL 1 PÁG. 3

2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 585 ml. MANUAL 1 PÁG. 3

ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

2.1.2.6. Tamaño neonatal.
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320ml, como máximo.
2.1.2.7. Mascarillas reusables.
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria.
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O.
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario.
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (referir marca y modelo).
2.1.3.1. Mango.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 4 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.2.6. Tamaño neonatal (INFANTE). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.7. Mascarillas reusables. <u>CATALOGO 1 PÁG. 2 Y 4</u>
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 4</u>
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (Laringoscopio) (KAWE / F.O. LED ). <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.1. Mango. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA  
 REANIMACIÓN  
 CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u>	MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u>	CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u>	FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>

HOJA 5 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión.
2.1.3.1.2. Acabado acanalado o rugoso.
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas.
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
2.1.3.3. Iluminación xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio.
2.1.3.4.1. De acero inoxidable.
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas.

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u></b>
2.1.3.1.2. Acabado rugoso (Estriado). <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u></b>
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u></b>
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4 y 7</u></b>
2.1.3.3. Iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u></b>
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u></b>
2.1.3.4.1. De acero inoxidable. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u></b>
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 6</u></b>
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 5</u></b>
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 7</u></b>

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

NOMBRE GENÉRICO

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
- 2.1.5. Desfibrilador.
  - 2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
  - 2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 200 Joules.
  - 2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
  - 2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga.
  - 2.1.5.5. Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
  - 2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).
  - 2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS  
 LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016 MODELO: TEC-5631 / AVALO  
 PARTIDA: 2 CATÁLOGO FOLLETO 1;  
 CANTIDAD: 145 FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS  
 HOJA 6 DE 13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora. **FOLLETO 1**
- 2.1.5. Desfibrilador. **MANUAL 2 PORTADA**
  - 2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado. **MANUAL 2 PÁG. 1-2**
  - 2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 270 Joules. **MANUAL 2 PÁG. 1-3 , 1-4, 2-2 Y 15-11**
  - 2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo de 40 segundos. **MANUAL 2 PÁG. 1-4 Y 6-2-8**
  - 2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga (Descarga interna). **MANUAL 2 PÁG. 1-4 , 12-6 12-12 , 12-13 , 12-14 Y 15-9**
  - 2.1.5.5. Tiempo de carga de 5 segundos para máxima energía. **MANUAL 2 PÁG.1-4**
  - 2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). **MANUAL 2 PÁG. 2-2**
  - 2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa. **MANUAL 2 PÁG.6-0-2**

Patriotismo D.F.  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

Monterrey  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de GuevarA  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01    FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PRE: 000000000016314    HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>  CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u> CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u> FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
HOJA 7 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.6 Marcapasos transcutáneo :
2.1.6.1 Interconstruido usando electrodos autoadheribles.
2.1.6.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.
2.1.6.3 Duración del pulso de 40 milisegundos o menor.
2.1.6.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
2.1.6.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
2.1.6.6 Despliegue de parámetros en pantalla.
2.1.7. Monitor.
2.1.7.1. Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
2.1.7.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca,

2.1.6 Marcapasos transcutáneo : <b><u>MANUAL 2 PÁG.7-5 Y 15-16</u></b>
2.1.6.1 Interconstruido usando electrodos autoadheribles. <b><u>MANUAL 1 PÁG. 2-4, 7-8</u></b>
2.1.6.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 8 Ma a 200 mA. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 15-16</u></b>
2.1.6.3 Duración del pulso de 40 milisegundos. <b><u>MANUAL 2 PÁG.15-16</u></b>
2.1.6.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 pulsos por minuto a 180 pulsos por minuto. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 15-16</u></b>
2.1.6.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). <b><u>MANUAL 2 PÁG. 15-3</u></b>
2.1.6.6 Despliegue de parámetros en pantalla. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 7-5</u></b>
2.1.7. Monitor. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3</u></b>
2.1.7.1. Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 1-3</u></b>
2.1.7.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016

CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).

2.1.7.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.

2.1.7.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).

2.1.8. Palas

2.1.8.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.

2.1.8.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.

2.1.8.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.

2.1.8.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.

2.1.9. Alarmas audibles y visibles.

2.1.9.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO:	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 8 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). MANUAL 2 PÁG. 8-1-4 Y 8-1-13

2.1.7.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español. MANUAL 2 PÁG. 15-5 Y 8-3-9

2.1.7.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias). MANUAL 2 PÁG. 8-0-3, 10-1-22 Y 11-9

2.1.8. Palas MANUAL 2 PÁG. 2-7

2.1.8.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. MANUAL 2 PÁG. 6-1-5 Y 8-1-18

2.1.8.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7

2.1.8.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7

2.1.8.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. MANUAL 2 PÁG. 1-6, 6-0-3 Y 6-2-11

2.1.9. Alarmas audibles y visibles. MANUAL 2 PÁG. 9-2

2.1.9.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2. MANUAL 2 PÁG. 8-3-8, 9-6 Y 9-12

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de GuevarA  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO:	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 9 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.9.2. De desconexión del paciente.
2.1.9.3. Del nivel de carga de la batería.
2.1.10. Sistema de registro.
2.1.10.1. Impresión integrada.
2.1.10.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
2.1.10.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
2.1.10.4. Un canal como mínimo.
2.1.11. SpO2.
2.1.11.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
2.1.11.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.

2.1.9.2. De desconexión del paciente. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 15-3</u></b>
2.1.9.3. Del nivel de carga de la batería. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 4-9</u></b>
2.1.10. Sistema de registro. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u></b>
2.1.10.1. Impresión integrada. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 2-6</u></b>
2.1.10.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u></b>
2.1.10.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u></b>
2.1.10.4. Un canal. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u></b>
2.1.11. SpO2. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-2</u></b>
2.1.11.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-7</u></b>
2.1.11.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 8-3-8</u></b>

biossmann

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA  
REANIMACIÓN  
CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

2.1.12. Batería.

2.1.12.1. Recargable e integrada.

2.1.12.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.

2.1.12.3. Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo, como mínimo.

2.1.12.4. Tiempo de carga máximo 4.5 horas.

2.1.13 Presión no invasiva:

2.1.13.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.

2.1.13.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.

2.1.13.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.

3. Accesorios

3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO:	FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 10 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.12. Batería. **MANUAL 2 PÁG. 4-2**

2.1.12.1. Recargable e integrada. **MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 4-2**

2.1.12.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. **MANUAL 2 PÁG. 4-2**

2.1.12.3. Que permita dar al 100 desfibrilaciones a carga máxima o 180 minutos de monitoreo continuo. **MANUAL 2 PÁG.15-20**

2.1.12.4. Tiempo de carga de 3 horas. **MANUAL 2 PÁG. 4-8**

2.1.13 Presión no invasiva: **MANUAL 3 PÁG. 1-2**

2.1.13.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. **MANUAL 3 PÁG. 2-2**

2.1.13.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica. **MANUAL 2 PÁG. 9-2 ; MANUAL 3 PÁG. 2-23**

2.1.13.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media. **MANUAL 3 PÁG. 2-18**

3. Accesorios

3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio. **MANUAL 2 PÁG. 8-3-4**

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO	

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</u>	MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u>	MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u>	CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u>	FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
HOJA 11 DE 13	

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (incluir marca y modelo).
3.3. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera con conector para los brazaletes.
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (al menos 100 piezas).
4.2. Electrodo autoadherible trascutáneo para desfibrilación y/o marcapasos tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (referir marca y modelo).
4.3. Pasta conductora al menos dos tubos.
4.4. Papel para impresión al menos dos rollos.
4.5. Al menos una bolsa con 100 sellos de garantía.
4.6 Al menos dos focos para laringoscopia.

3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (NIHON KOHDEN / JC865V). <u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-7</u>
3.3. Cable de paciente de 6 puntas . <u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-8</u>
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera con conector para los brazaletes. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-6</u>
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (100 piezas). <u>CATALOGO 3 PÁG. 22</u>
4.2. Electrodo autoadherible trascutáneo para desfibrilación y/o marcapasos tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (Nihon Kohden / H327). <u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u>
4.3. Pasta conductora dos tubos. <u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u>
4.4. Papel para impresión dos rollos. <u>MANUAL 2 PÁG. i</u>
4.5. Una bolsa con 100 sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
4.6 Dos focos para laringoscopia. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u>

### ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA  
 REANIMACIÓN  
 CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%.
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estandares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.
7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 12 DE 13			

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%. <b>MANUAL 2 PÁG. 15-20</b>
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estandares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.
7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com



# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PRE: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

### ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO	FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 13 DE 13

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ATENTAMENTE

ALBERTO PAULINO BASURTO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.



**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 226-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de GuevarA  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

STANLEY

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS  
 DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E13-2016 ELECTRONICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (TEDO) PRESENTE.

Proceso No. 4-4  
 Partida por Abastecimiento Simultáneo

PROCEDIMIENTO:	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E13-2016 ELECTRONICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (TEDO)			FECHA:	29/07/2016		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	CASA PLARRRE, S.A. DE C.V.						
DOMICILIO:	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL CUARHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170						
R.F.C.:	CPL851230572						
TELÉFONO:	01551 51 34 02 70						
CORREO ELECTRÓNICO:	telasosmas@casaplarrre.com						
Partida	PREI	54L	DESCRIPCIÓN	Fuente de Abastecimiento ofertada	Cantidad ofertada	Precio Unitario SIN IVA	Importe Total ofertado SIN IVA
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	81%_Primera Fuente	118	19,588,000.00	19,588,000.00
					118	SUB-TOTAL	19,588,000.00
						16% IVA	3,134,080.00
						TOTAL	22,722,080.00
Partida	Descripción		Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente
2	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.		145	81%	19%	118	27

IMPORTE TOTAL EN LETRA: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS 02/100

Nota: En la columna "Cantidad Ofertada", se desplegará el combo con las cantidades correspondientes a la primera y segunda fuente de abastecimiento, a fin de que seleccione la que ofertará.

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ALBERTO PAULINO BASURTO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRRE, S.A. DE C.V.

Patriotismo D.F.  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 56 51 34 0270  
 ventas@casaplarrre.com

Cuehitémoc D.F.  
 Av. Cuehitémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 56 51 34 3730  
 ventas@casaplarrre.com

Monterrey  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Miraflores  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarrre.com

Guadalajara  
 Graal. Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 ventas\_gdl@casaplarrre.com

www.casaplarrre.com

**biossmann**

0013

TO  
TEXT  
TENS  
SINIS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0057


### ANEXO 3

## “REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y DIRECTORIO DE UNIDADES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS







**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO**

**REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO**

Partida	PREI	SAI	EQUIPO	Eléctrica	Hydrosanitaria	Gases	Vapor	Tubografía	Desinstalación e Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS	Tiempo de Entrega (Días naturales posterior al fallo)
1	11795	531.328.0181.02.01	UNIDAD DE ELECTROCRUJÍA DE USO GENERAL.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si req.		90
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si req.		90

NIVEL DE CAPACITACIÓN	NOMENCLATURA	TIPO DE CAPACITACIÓN:
No Req		<b>NO REQUERIDA:</b> Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
<b>F = FUNDAMENTAL</b>		Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
<b>I = INTERMEDIA.</b>		Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
<b>A = AVANZADA</b>		Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	PREI	SAI	Descripción	Quemavaca Quintanas (A)	Queretaro Tlaxiaco (B)	EAO 2016 (A+ B)	REPOSICIÓN	SEDENA	Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente	Abastecimiento Simultáneo
1	11795	531.328.0181.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL.	6	1	7	50		57					
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESHIBRIDADOR MONITOR MARCAPASO.	2	3	5	115	25	145	81%	19%	118	27	.
				8	4	12	165	25	202			118	27	

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

**DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO  
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN**

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador	Cargo	Correo electrónico	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Ajustecimiento Simultáneo
2	PUEBLA	H6Z15 TEHUACAN, PUE	Avenida De las Americas No. 1800, Colonia San Nicolás Tetzintilla C.P. 75740 Tehuacán, Municipio de Tehuacán, Puebla	Ing. Alberto Agustín Candia Villalobos	Ingeniero Biomédico Delegacional	alberto.candia@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación desfibrilador con monitor marcapaso.	1	*
2	PUEBLA	UMF1 PUEBLA, PUE	Avenida 11 Sur No. 1305, Colonia Barrio de Santiago C.P. 72410 Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, Puebla	Ing. Alberto Agustín Candia Villalobos	Ingeniero Biomédico Delegacional	alberto.candia@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación desfibrilador con monitor marcapaso.	1	*
2	PUEBLA	UMF6 PUEBLA, PUE	Avenida 15 de Mayo No. S/N, Colonia Valle Dorado C.P. 72070 Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, Puebla	Ing. Alberto Agustín Candia Villalobos	Ingeniero Biomédico Delegacional	alberto.candia@imss.gob.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación desfibrilador con monitor marcapaso.	1	*

3

ANEXOS  
 DIRECCIÓN DE CONTRATOS

