



Se manifiesta que el  
archivo publicado es  
la mejor versión  
disponible con la  
que cuenta el  
Instituto Mexicano  
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
NÚMERO 16BI0072  
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR040-E14-2016 MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (TEDO)		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIONES I Y III, 39 Y 46 DE LA LAASSP; EL RLAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO
	9	AGOSTO	2016

VIGENCIA DEL CONTRATO			
DEL	DÍA	MES	AÑO
	24	AGOSTO	2016
	HASTA	DÍA	MES
		31	NOVIEMBRE
2016			
TIPO DE CONTRATO		OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN	
CERRADO (X)	ABIERTO ( )	PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS; DE ACUERDO AL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI), EMITIDO POR EL COORDINADOR DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, MISMO QUE SE ASREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).	

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	R.F.C.	CPL-851230-512	REGISTRO PATRONAL IMSS	010-23756-10-7
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTEMÓC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO				
TELÉFONO(S)	5134-0270 y 5134-3730	FAX		CORREO ELECTRÓNICO	ventas@casaplarre.com licitaciones@casaplarre.com
ESCRITURA PÚBLICA	23,533 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	8 DE ENERO DE 1956 (CONST) 17 DE FEBRERO DE 1986 (REF)	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ADOLFO MARTÍNEZ Y GÓMEZ DEL CAMPO (CONST) LICENCIADO JUAN MANUEL ASPRON PELLAYO (REFORMA)
NOTARÍA PÚBLICA	56 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA) 186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	FOLIO MERCANTIL			BAJO EL NÚMERO 309, A FOJAS 279, VOLUMEN 335, LIBRO 3° (CONSTITUTIVA) 43075 (REFORMA)
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLÓGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUOROSCOPIA, ANGIOGRAFÍA, IMPRESORAS TÉRMICAS Y LÁSER, ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALÓGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, POLÍGRAFOS, MONITORES DE USO MÉDICO, CENTRALES DE MONITOREO Y CARROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACIÓN.				
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO	ESCRITURA PÚBLICA	85,624	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	4 DE FEBRERO DE 2014
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	NOTARÍA PÚBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	43075°
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	A LOS 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO		
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 2 (DOS) Y 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO. (PARTIDA 2)					
IMPORTE SIN I.V.A.			I.V.A.		
\$320,000.00			0% ( ) 16% (X)		
(TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)					

<p>"EL INSTITUTO"</p> <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES BAÑUELOS Apoderado Legal</p>	<p>"EL PROVEEDOR"</p> <p>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal</p>
--	---

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

24/08/2016  
COEVMFC/ILGJP





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero  
16BI0072

## ANEXO 1


### "OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS  
DIRECCIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

f



Ing. Jesús Guajardo Briones  
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria  
Presente

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente:** 095384611320/0455  
La División de Evaluación y Seguimiento Financiero dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$5,550,491.00; referente al presupuesto 2016 del programa Equipo Asociado a Obra para la adquisición de 29 bienes de Instrumental Médico necesario para la Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Querétaro, Qro.

**Capítulo: Equipamiento**  
**Oficio de Liberación de Inversión 2016**  
No.099001/6B3000/6B30/BMI/ 323 / 765

**Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP**  
**Nombre de Cartera:** Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR No. 1 en Querétaro.  
**Clave de cartera:** 1550GYR0020  
**No. de solicitud:** 45208  
**Unidad Responsable:** GYR  
**Programa presupuestario:** K012  
**Fuente financiamiento:** 4  
**Importe del calendario fiscal:** 50,000,000  
**Localización geográfica:** 22 Querétaro

**Información del HCT del IMSS**  
**Tipo OLI:** Adquisición  
**Proyecto PREI:** 14230002  
**Acuerdo:** ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF  
**Asignación presupuestaria:** 44,397,280  
**Nombre del PPI:** Equipo Asociado a Obra

**Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016**

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

**Unidad Responsable del Gasto (URG):** 09 Nivel Central  
**Número de bienes:** 29  
**Monto original con IVA:** 5,550,491.00

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

( cinco millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,  
El Coordinador

José David Méndez Santa Cruz

Vertical stamps and text on the right side of the page, including "DIVISION DE CONTRATOS" and "MAY 27 PM 2:11".



Ing. Jesús Guajardo Briones  
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria  
Presente

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384611320/0455**  
La División de Evaluación y Seguimiento Financiero dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$5,550,491.00; referente al presupuesto 2016 del programa Equipo Asociado a Obra para la adquisición de 29 bienes de Instrumental Médico necesario para la Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Querétaro, Qro.

**Capítulo: Equipamiento**

**Oficio de Liberación de Inversión 2016**

No.099001/6B3000/6B30/BMI/ 323 / 701

### Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:  
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)  
C.P. Soledad Virginia Tello García.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Querétaro /1

AL SEÑOR  
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>  
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0020  
No. solicitud de SHCP : 45208

No. de programa o proyecto PREI: 14230002  
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 323/

Nombre del programa o proyecto: Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR No. 1 en Querétaro.

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Muestreo Presupuestado del Distrito del Bien			SAI			PREI			PREI Muestreo Control de Compromisos			Monte autorizado		cifras en pesos			
						Municipio /Estado	Ubicación	U	Cuento de Costo	GPO-SEN	Esp	DIF	VAR	ID de Anuncio	Descripción	URG	URG	Ubicación	UI		Centro de Costo	Precio Pajal	No de bienes
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083107	166097	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-619	0403	02	01	16398	MONITOR DE SIGNOS VITALES ECU	09	09530007	099001	150000	2016M08	6	103.013	616.078.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083199	166098	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-653	0364	00	01	17400	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA U	09	09530007	099001	150000	2016M05	3	593.435	1,790.305.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083201	166090	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-191	0301	03	01	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	099001	150000	2016M08	3	205.516	616.548.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083202	166092	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-252	0033	02	01	18377	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	099001	150000	2016M08	5	136.512	682.560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083203	166093	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-941	0990	03	01	16414	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	561.778	561.778.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083194	166024	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-497	0053	02	01	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	42.321	42.321.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083195	166095	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-582	1010	04	01	11928	EQUIPADOR DE TRASLADO	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	173.628	173.628.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083196	166095	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-582	1457	01	01	11943	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE ECU	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	308.494	308.494.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083199	166085	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-328	0161	02	01	11706	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUE	09	09530007	099001	150000	2016M08	5	9.618	48.090.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12083200	166091	21	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO,ORO	23010001	230501	200200	531-941	0279	04	01	12190	UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA DE US	09	09530007	099001	150000	2016M08	1	143.763	143.763.00
<b>TOTAL</b>																			<b>23</b>	<b>2,685,540</b>	<b>5,530,491.00</b>		

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0072

## ANEXO 2

**“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA”.**

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 05 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**SILVIO**

1



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0279.04.01	FECHA	IMP.:05/08/2016
CLAVE PREI:	000000000012190	HORA	IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>			
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO			

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E14-2016	MODELO:	HT70
PARTIDA:	2	CATÁLOGO	MANUAL DE FUNCIONAMIENTO, FOLLETO HT70, FOLLETO DE ACCESORIOS, FOLLETO TANQUE DE O2, CATALOGO 1 Y 2
CANTIDAD:	50	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.4.6.1 LIMITE INFERIOR 21
2.4.6.2. LIMITE SUPERIOR 100.
2.4.7. RESPIRACIÓN MANUAL.
2.4.8 PEEP/CPAP (CMH2O)
2.4.8.1 LIMITE INFERIOR 0 O APAGADO.
2.4.8.2 LIMITE SUPERIOR 20 O MAYOR
2.4.9. PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O)
2.4.9.1 LIMITE INFERIOR 0.
2.4.9.2 LIMITE SUPERIOR 35 O MAYOR.
2.4.10. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA.
2.4.11 AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA, O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN.
2.4.12 FUNCIÓN DE 100% DE O2 DURANTE 2 MINUTOS O MÁS.
2.4.13 MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y/O PRESIÓN.

2.4.6.1 LIMITE INFERIOR 21 (0,21) <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-9</b>
2.4.6.2. LIMITE SUPERIOR 100 (1.0). <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-9</b>
2.4.7. RESPIRACIÓN MANUAL. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-1</b>
2.4.8 PEEP/CPAP (CMH2O) <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG.9-3</b>
2.4.8.1 LIMITE INFERIOR 0. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-3</b>
2.4.8.2 LIMITE SUPERIOR 30. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-3</b>
2.4.9. PRESIÓN SOPORTE (PS) (CMH2O). <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-3</b>
2.4.9.1 LIMITE INFERIOR 0. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-3</b>
2.4.9.2 LIMITE SUPERIOR 60. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-3</b>
2.4.10. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-10 Y 9-3</b>
2.4.11 AJUSTE DE PENDIENTE/RAMPA. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-3</b>
2.4.12 EL FUNCIONAMIENTO DE GAS DEL PACIENTE PUEDE ENRIQUECERSE CON OXIGENO DESDE EL 21% AL 100% UTILIZANDO EL MEZCLADOR DE ARRASTRE DE OXIGENO DEL AIRE. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 1-2</b>
2.4.13 MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO (FLUJO TRIG) Y/O PRESIÓN (PTRIG). <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-3</b>



Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0279.04.01	FECHA IMP.:05/08/2016
CLAVE PREI:	000000000012190	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>NEWPORT</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E14-2016</u>	MODELO:	<u>HT70</u>
PARTIDA:	<u>2</u>	CATÁLOGO	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO, FOLLETO HT70, FOLLETO DE ACCESORIOS, FOLLETO TANQUE DE O2, CATALOGO 1 Y 2</u>
CANTIDAD:	<u>50</u>	FABRICANTE	<u>NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.</u>
HOJA 4 DE 10			

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.5 MODOS VENTILATORIOS.
2.5.1 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SMIV CONTROLADA POR VOLUMEN.
2.5.2 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SMIV CONTROLADA POR PRESIÓN.
2.5.3 VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE.
2.5.4 PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB.
2.5.5 CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA.
2.5.6 RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO POR VOLUMEN O PRESIÓN.
2.5.7 VENTILACIÓN NO INVASIVA.
2.6 PARÁMETROS MONITORIZADOS.
2.6.1 PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA.
2.6.2 PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS.
2.6.3. VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO

2.5 MODOS VENTILATORIOS. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. SECCIÓN 10</u></b>
2.5.1 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SMIV CONTROLADA POR VOLUMEN. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 10-1</u></b>
2.5.2 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SMIV CONTROLADA POR PRESIÓN. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 10-1</u></b>
2.5.3 VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 10-1</u></b>
2.5.4 PRESIÓN SOPORTE (PS). <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 10-3</u></b>
2.5.5 ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA SE OFERTA MODO ESPONT (VENTILACIÓN ESPONTANEA) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 10-2</u></b>
2.5.6 SE OFERTA VENTILACIÓN DE SEGURIDAD QUE FUNCIONA EN TODOS LOS MODOS <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 10-4 Y 10-5</u></b>
2.5.7 VENTILACIÓN NO INVASIVA. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 10-2</u></b>
2.6 PARÁMETROS MONITORIZADOS. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u></b>
2.6.1 PRESIÓN INSPIRATORIA PICO (P PICO) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u></b>
2.6.2 PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u></b>
2.6.3. VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u></b>



**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0279.04.01	FECHA IMP.:05/08/2016
CLAVE PREI:	000000000012190	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>NEWPORT</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E14-2016</u>	MODELO:	<u>HT70</u>
PARTIDA:	<u>2</u>	CATÁLOGO	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO, FOLLETO HT70, FOLLETO DE ACCESORIOS, FOLLETO TANQUE DE O2, CATALOGO 1 Y 2</u>
CANTIDAD:	<u>50</u>	FABRICANTE	<u>NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.</u>
<b>ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS</b>			
HOJA 5 DE 10			

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.6.4. VOLUMEN MINUTO.
2.6.5 PEEP
2.6.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA.
2.6.7 RELACIÓN I:E
2.6.8 TIEMPO INSPIRATORIO (S).
2.6.9 FIO2
2.6.10 INDICADOR DE HORAS DE USO.
2.6.11 INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERIA DE RESPALDO EN USO.
2.6.12 DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTANEA:
2.6.12.1 VOLUMEN-TIEMPO.
2.6.12.2 FLUJO-TIEMPO.
2.6.12.3 PRESIÓN-TIEMPO.
2.7. ALARMAS.
2.7.1 AUDIBLES Y VISUALES.

2.6.4. VOLUMEN MINUTO. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u>
2.6.5 PEEP <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-10 Y 9-4</u>
2.6.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u>
2.6.7 RELACIÓN I:E <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u>
2.6.8 TIEMPO INSPIRATORIO (S). <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-2</u>
2.6.9 FIO2 (O2% DEL 21 AL 100) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u>
2.6.10 INDICADOR DE HORAS DE USO. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-18 Y 4-19</u>
2.6.11 INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERIA DE RESPALDO EN USO. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. F-3</u>
2.6.12 DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACION DE FORMA SIMULTANEA: <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-15</u>
2.6.12.1 VOLUMEN-TIEMPO. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-15</u>
2.6.12.2 FLUJO-TIEMPO. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-15</u>
2.6.12.3 PRESIÓN-TIEMPO. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-15</u>
2.7. ALARMAS. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-4</u>
2.7.1 AUDIBLES Y VISUALES. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 5-2 , 6-6 , 9-4 Y 9-5</u>



**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cauhtémoc D.F.**  
Av. Cauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0279.04.01	FECHA	
		IMP.:05/08/2016	
CLAVE PREI:	000000000012190	HORA	
		IMP.:13:35:48	
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>			
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO			

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

2.7.2 PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA.
2.7.3 PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE.
2.7.4 APNEA.
2.7.5 VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO)
2.7.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA.
2.7.7 FIO2 ALTA Y BAJA.
2.7.8 BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES.
2.7.9 FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
2.7.10 BATERÍA BAJA.
2.7.11 VENTILADOR INOPERANTE, FALLA DEL VENTILADOR, FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO.
2.7.12 SILENCIO DE ALARMA.
2.7.13 PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE ALARMAS.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E14-2016	MODELO:	HT70
PARTIDA:	2	CATÁLOGO	MANUAL DE FUNCIONAMIENTO, FOLLETO HT70, FOLLETO DE ACCESORIOS, FOLLETO TANQUE DE O2, CATALOGO 1 Y 2
CANTIDAD:	50	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 6 DE 10			

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.7.2 PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-5</b>
2.7.3 DESCONEXIÓN DEL PACIENTE (VERIFICAR CIRCUITO) <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 5-8 Y 9-5</b>
2.7.4 APNEA. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-5</b>
2.7.5 VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO) <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-5</b>
2.7.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-5</b>
2.7.7 FIO2 ALTA Y BAJA. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-5</b>
2.7.8 BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES (ALARMA DE O2 BAJO) <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 5-18</b>
2.7.9 FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-5</b>
2.7.10 BATERÍA BAJA. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-6</b>
2.7.11 VENTILADOR INOPERANTE, FALLA DEL VENTILADOR, FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO (FALLA ALERTA DEL EQUIPO-ERROR DEL SISTEMA) <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 6-8</b>
2.7.12 SILENCIO DE ALARMA. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. F-1 Y 9-4</b>
2.7.13 PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE ALARMAS. <b>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 6-6</b>

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuahtémoc D.F.**  
Av. Cuahtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com





**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0279.04.01	FECHA IMP.:05/08/2016
CLAVE PREI:	000000000012190	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</u>	MARCA:	<u>NEWPORT</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E14-2016</u>	MODELO:	<u>HT70</u>
PARTIDA:	<u>2</u>	CATÁLOGO	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO, FOLLETO HT70, FOLLETO DE ACCESORIOS, FOLLETO TANQUE DE O2, CATALOGO 1 Y 2</u>
CANTIDAD:	<u>50</u>	FABRICANTE	<u>NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.</u>

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES.
2.8.1 MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO O INTEGRADO Y DE LA MISMA MARCA.
2.8.2 MONITORES FIO2 INTERNO.
2.8.3 SENSOR DE FLUJO REUSABLE.
2.8.4 COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALTITUD.
2.8.5 DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 5 HORAS COMO MÍNIMO.
2.8.6 TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA DE 4 HORAS COMO MÁXIMO.
2.8.7 ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA.
2.8.8 TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL
2.8.9 SISTEMA DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL

2.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES (REQUISITOS DEL HARDWARE) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-7</u>
2.8.1 MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO DE LA MISMA MARCA. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 9-9</u>
2.8.2 MONITORES FIO2 INTERNO. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 1-2</u>
2.8.3 SENSOR DE FLUJO REUSABLE. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 3-1</u>
2.8.4 SISTEMA QUE GARANTIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL VOLUMEN AJUSTADO CON INDEPENDENCIA DE LA ALTITUD. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-20</u>
2.8.5 DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) SE OFERTA SISTEMA DE DOBLE BATERIA INTERNA QUE PROPORCIONA HASTA 10 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 7-1</u>
2.8.6 TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA DE 3 HORAS PARA LOGRAR UNA RECARGA AL 100% <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 7-1</u>
2.8.7 ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 7-5; FOLLETO DE ACCESORIOS PÁG. 1</u>
2.8.8 TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 4-1; FOLLETO HT70 PÁG. 2</u>
2.8.9 SISTEMA DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PÁG. 1-1</u>

**biossmanni**

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**SAN TEXAS**

f

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE  
 BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

Anexo No. 5  
 Partidas sin Abastecimiento Simultáneo.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR04B-E14-2016 ELECTRONICA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (TEDO) PARA LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO" PARA LOS PROGRAMAS DE "EQUIPO MÉDICO 2016 Y EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2016"		FECHA:	05/08/2016
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.			
DOMICILIO:	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170			
R.F.C.:	CPL851234562			
TELÉFONO:	(0155) 51 34 02 70			
CORREO ELECTRÓNICO:	licitaciones@casaplarre.com			

Partida	PREL.	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario IVA	Importe Total IVA
1	12036	531.616.5108.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA (PARA CIRUGÍA GENERAL).	39	418,400.00	16,317,600.00
2	12190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	50	170,000.00	8,500,000.00
SUB-TOTAL						24,817,600.00
16% I.V.A.						3,970,816.00
TOTAL						28,788,416.00

**ANEXOS**  
 DIVISION DE CONTRATOS

IMPORTE TOTAL EN LETRA: **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100**

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**ALBERTO PAULINO BASURTO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

**TO  
TEXT  
TENS  
SINIS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0072

### ANEXO 3

**“GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y  
DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES  
DE CONTRATO”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 04 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



**GUÍA DE DISTRIBUCIÓN**

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cuernavaca Quirófanos (A)	Querétaro Tocotriglia (B)	EAO 2016 (A+B)	REPOSICIÓN	Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente	Abastecimiento Simultáneo
1	12036	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRAULICA (PARA CIRUGIA GENERAL)				39	39					
2	12190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	2	2	4	46	50					
3	16416	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO BÁSICO.				50	50	78%	22%	39	11	*
				2	2	4	135	139			39	11	

**ATENCION**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

SIN FENIC

1



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO**

**REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO**

Partida	PREI	SAI	EQUIPO	Eléctrica	Hydro-sanitaria	Gases	Vapor	Tubería	Desinstalación e Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario	Sistema de no necesidad COPERRIS	Tiempo de Entrega (Días naturales posteriores al fallo)
1	12036	531.616.5108.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA (PARA CIRUGÍA GENERAL).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Mesas, para cirugía	90
2	12190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
3	16416	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO BÁSICO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90

TIPO DE CAPACITACIÓN:	
<b>NOMENCLATURA</b>	<b>NO REQUERIDA:</b> Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
<b>No Req</b>	Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
<b>F = FUNDAMENTAL</b>	
<b>I = INTERMEDIA.</b>	Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
<b>A = AVANZADA</b>	Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.

**NIVEL DE CAPACITACIÓN**

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



**SIN TEXTO**



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO**

**DDIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO  
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA**

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador	Cargo	PREI	SAI	Descripción	Cantidad
2	Morelos	HGR No. 1 en Cuernavaca, Morelos (Quitrofanos)	Av. Plan de Ayala, Esq. Avenida Central, No. 1201, Col. Flores Magón, C.P. 62430	M.E. Norma Georgina Mancilla Juárez	Directora del Hospital general Regional No. 1 en Cuernavaca, Morelos	12190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	2
2	Querétaro	Hospital General Regional en Querétaro, Querétaro (Tocotrugía)	Playa Condessa No. 502, Col. Desarrollo San Pablo, Santiago de Querétaro, C.P. 76150	M. en C. José de Jesús López Hernández	Coordinador Delegacional de Biomédica	12190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	2

4

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

**SILVEXTO**

1