

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el  
archivo publicado es  
la mejor versión  
disponible con la  
que cuenta el  
Instituto Mexicano  
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
NUMERO 16BI0359  
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESION DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA NUMERO LA-019GYR040-E11-2016		
FUNDAMENTO	ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25, 26 FRACCION I, 26 BIS FRACCION II, 26 TER, 27, 28, FRACCION II, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, FRACCION I, 39 Y 46 DE LA LAASSP Y DEMAS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE ADJUDICACION	DIA	MES	AÑO
	30	AGOSTO	2016

VIGENCIA DEL CONTRATO			
DEL	MES	HASTA	AÑO
14	SEPTIEMBRE	2016	2016
		31	DICIEMBRE
TIPO DE CONTRATO			
OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION			
CERRADO (X)			
ABIERTO ( )			
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE ACUERDO AL OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION (OJI), MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).			

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		R.F.C.	CPL851230-512	REGISTRO PATRONAL IMSS	010-23766-10-7
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NUMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPODROMO CONDESA, DELEGACION CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MEXICO					
TELEFONO(S)	5134-0270 y 5134-3730	FAX	N/D	CORREO ELECTRONICO	ventas@casaplarre.com licitaciones@casaplarre.com	
ESCRITURA PUBLICA:	23,633 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)	FECHA ESCRITURA PUBLICA	8 DE ENERO DE 1985 (CONSTITUTIVA) 17 DE FEBRERO DE 1988 (REFORMA)	NOTARIO PUBLICO	LICENCIADO ADOLFO MARTINEZ Y COZME DEL CAMPO (CONSTITUTIVA) LICENCIADO JUAN MANUEL ASPRON PELATO (REFORMA)	
NOTARIA PUBLICA	56 DEL DISTRITO FEDERAL (CONSTITUTIVA) 186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	FOLIO MERCANTIL	BAJO EL NUMERO 309, A FOLIAS 276, VOLUMEN 43075 (REFORMA)			
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLOGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLOGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFIA, FLUOROGRAFIA, ANGIOGRAFIA, IMPRESORAS TERMICAS Y LASER, ASI COMO EQUIPOS MEDICOS ELECTRONICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESHIBRIDADORES, ELECTROENCEFALOGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, ELECTROFISIOLOGRAFOS, POLIGRAFOS, MONITORES DE USO MEDICO, CENTRALES DE MONITOREO Y CARRROS DE EMERGENCIA, (SEGUN ESCRITURA PUBLICA 04,948 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2007, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJANBIO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 140 DEL DISTRITO FEDERAL)					
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO					
NOTARIO PUBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	ESCRITURA PUBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA ESCRITURA PUBLICA	4 DE FEBRERO DE 2014	
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	ATENDIENDO AL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN DIAS NATURALES, POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACION DE FALLO, INDICADO EN LOS "REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO" INTEGRADOS EN EL ANEXO 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO			
OBJETO DEL CONTRATO						
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 2 (DOS) Y 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.						
IMPORTE SIN I.V.A.						
\$3,898,231.10						
(TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 10/100 MIN.)						
I.V.A.						
0% ( ) 16% (X)						

<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p>DOCTORA OLGA MARGARITA BERTADILLO MENDOZA Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional en Estado de México Oriente Administrador del Contrato</p>	<p>"EL INSTITUTO"</p> <p>ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal</p>
---	--

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

14/09/2016  
COR/IFMCO/DGG





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16B10359


## ANEXO 1

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 08 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**SIN TEXTO**



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente: 095364612930/0384**  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,323,688.80, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 7 electromiógrafos de cuatro canales, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

**Capítulo: Equipamiento**  
**Oficio de Liberación de Inversión 2016**  
No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 244 / 427

**Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP**  
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016  
Clave de cartera: 1550GYR0023 Programa presupuestario: K029  
No. de solicitud: 47726 Fuente financiamiento: 4  
Unidad Responsable: GYR Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763  
Localización geográfica: Varios

**Información del HCT del IMSS**  
Tipo OLI: Adquisición  
Proyecto PREI: 15090015  
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270419/96.P.DF  
Asignación presupuestaria: 1,804,409,105  
Nombre del PPI: Equipo médico

**Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016**

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central  
Número de bienes: 7  
Monto original con IVA: 5,323,688.80

( cinco millones trescientos veintitres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 80/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,  
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez



**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384**  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,323,668.80, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 7 electromiógrafos de cuatro canales, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

**Capítulo: Equipamiento**  
**Oficio de Liberación de Inversión 2016**  
No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 244 / 427

### Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.


Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

- Con copia para:
- Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
  - Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Cordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
  - Lic. Armando Rivera Téllez.- Cordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
  - Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1
  - C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1
  - C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Nuevo León /1
  - C.P. Edna Georgina Castañeda Félix.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Tabasco /1
  - Lic. José Abdo Schekaiban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tamaulipas /1
  - Ing. Alfredo Reyes Aguilar.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 71 Torreón Coahuila /1

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>  
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



Clave de cartera SHCP : 1550GYR0023  
 No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015  
 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
 DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN  
 OLI No.: 244/427



Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millium Proyectado del Destino del Bien			SAI	ID de Artículo	Descripción	PREI Millium Control de Compras				cifras en pesos						
						Municipio /Estado	Ubicación	UI				Centro de Costo	UPO-GEN	ESP	DIF	VAR	URG	URG Ubicación	Uf	Centro de Costo	Período Fpial	No. de bienes
53101	Equipo médico	12054289	0000164881	115	CONJ TORREÓN/UMAE HE N.71.CE	TORREÓN	05090015	051001	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760,527	760,526.97
53101	Equipo médico	12054290	0000165559	115	M.H. H. Z. No. 197	TEXCOCO	19510005	190105	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760,527	760,526.97
53101	Equipo médico	12054291	0000164770	115	M.HOSPITAL REGIONAL 73	TLANEPANTLA	19060012	190501	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760,527	760,526.97
53101	Equipo médico	12054292	0000165961	115	M.H.G.R.M.F. 1	CUERNAVACA	18010009	180801	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760,527	760,526.97
53101	Equipo médico	12054293	0000165962	115	M. UNIDAD MEDICINA FISICA N. 1	MONTERREY, N.L.	20A10002	202801	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760,527	760,526.97
53101	Equipo médico	12054294	0000165088	115	M.H.GRAL.ZONA NUM 46	VILLAHERMOSA	28010027	280102	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760,527	760,526.97
53101	Equipo médico	12054295	0000164703	115	M.H.G.Z.M.F. 1	VICTORIA	29910005	290201	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760,527	760,526.97
<b>T O T A L :</b>															7	5,322,689	5,322,689.00					

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS



**SIN TEXTO**



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente:** 095384612930/0384  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,787,080.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 26 carros rojos, destinados a diversas Unidades Médicas.

**Capítulo:** Equipamiento  
**Oficio de Liberación de Inversión 2016**

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 286 / 470

**Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP**  
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016  
Clave de cartera: 1550GYR0023  
No. de solicitud: 47726  
Unidad Responsable: GYR  
Programa presupuestario: K029  
Fuente financiamiento: 4  
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763  
Localización geográfica: Varios

**Información del HCT del IMSS**  
Tipo OLI: Adquisición  
Proyecto PREI: 15090015  
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270419/96.P.DF  
Asignación presupuestaria: 1,804,409.105  
Nombre del PPI: Equipo médico

**Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016**

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, firmado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central  
Número de bienes: 26  
Monto original con IVA: 5,787,080.00

( cinco millones setecientos ochenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,  
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**





Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
 Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
 Presente

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2016

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BM/ 286 / 470

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384

La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,787,080.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 26 carros rojos, destinados a diversas Unidades Médicas.

### Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SIGGC)  
 Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SIGGC)  
 Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SIGGC)  
 C.P. Vicior Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1  
 Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1  
 Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1  
 Act. Alejandro Abraham Montesinos Ramirez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Poniente /1  
 C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1  
 Lic. Rosalba Acerina Rivero Sabido.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Quintana Roo /1  
 C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1  
 Lic. José Abdo Schekaiaban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tamaulipas /1  
 C.P. Fernando Ocejo Rodríguez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Sur /1  
 C.P. Evelia Montañez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Zacatecas /1  
 C.P. Nidia Patricia Conde Góngora.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Ignacio García Téllez Yucatán /1  
 C.P. Deciderio Silva Aguilera.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo León /1

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>  
 SIGGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0023  
 No. solicitud de SHCP : 47726

Nombre del programa o proyecto : Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

No. de programa o proyecto PREI : 15090015  
 Cuenta contable PREI : 13350109



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
 DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN  
 OLI No.: 286/470



Clave COPS	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI: Municipio / Estado			Ubl. man.	UI	Centro de Costos	CFO-GES	ESP	SAL	VAR	ID de Artículo	Descripción	PREI: Municipio / Estado			No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA	
						Municipio	Estado	Ubl. man.										UI	Centro de Costos	Uf				URC
53101	Equipo médico	12065490	0000165771	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 26	COAHUILA DE ZARAGOZA	COAHUILA DE ZARAGOZA	1124251	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065491	0000165778	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 1	GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	14810003	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065482	0000165142	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 71	ALCO, EDO. DE MICH.	ALCO, EDO. DE MICH.	15010001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065483	0000165143	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 71	ALCO, EDO. DE MICH.	ALCO, EDO. DE MICH.	15010001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065484	0000165179	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 53	PES. LOS RIOS, P.V.	PES. LOS RIOS, P.V.	15010001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065485	0000164534	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 180	UAUTILAN, IZCALTEPEC	UAUTILAN, IZCALTEPEC	1524101	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065486	0000164736	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 81	JUCHITAN, OAXACA	JUCHITAN, OAXACA	1524101	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065487	0000165147	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 83	AS ROMERO, EDO. VERACRUZ	AS ROMERO, EDO. VERACRUZ	162425	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065488	0000165148	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 7	CUAUTLA, MOR.	CUAUTLA, MOR.	18110001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065489	0000165588	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 17	LIANO ZAPATA, MEX.	LIANO ZAPATA, MEX.	18110001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065490	0000165592	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 21	MONTERREY, N.L.	MONTERREY, N.L.	20010001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065491	0000165589	1651	H.G.R. N° 17	BENITO JUAREZ, BJA.	BENITO JUAREZ, BJA.	24070026	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	222,580.00	445,160.00	
53101	Equipo médico	12065492	0000165590	1651	H.G.R. N° 13	BENITO JUAREZ, BJA.	BENITO JUAREZ, BJA.	24070026	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065493	0000165570	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 69	BENITO JUAREZ, BJA.	BENITO JUAREZ, BJA.	24070026	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065494	0000165562	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 62	HAVOJOA, SON.	HAVOJOA, SON.	27070012	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065495	0000168005	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 35	NAVJOA, SON.	NAVJOA, SON.	27070014	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065496	0000165591	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 27	CAJEME	CAJEME	27240001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065497	0000164737	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 13	GUAYMAS	GUAYMAS	27457001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065498	0000164737	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 13	CIUDAD OBREGON	CIUDAD OBREGON	27550041	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065499	0000164737	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 13	CIUDAD OBREGON	CIUDAD OBREGON	27550041	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065500	0000164736	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 4	MAZAMOROS	MAZAMOROS	2901001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	3	222,580.00	667,740.00	
53101	Equipo médico	12065501	0000164736	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 4	CIUDAD MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	32030001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065502	0000164736	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 4	MÉRIDA	MÉRIDA	33010001	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065503	0000164736	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 2	FRESNILLO	FRESNILLO	34030002	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	222,580.00	445,160.00	
TOTAL:																						26	4,895,780	5,787,000.00

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

**SIN TEXTO**

539, 560, 579, 600, 602, 603, 604, 605, 607, 610, 612, 613, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 626, 632, 633, 634, 635, 636

Parre  
SIM  
961  
Part.  
P. 4  
IMSS

**MÉXICO**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



**Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze**  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente:** 095384612930/0384  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$56,376,000.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 108 ventiladores adulto - pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

**Capítulo: Equipamiento**  
**Oficio de Liberación de Inversión 2016**  
No. 09900 16B3010/6BA2/BMI/ 263 / 446

**Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP**  
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016  
Clave de cartera: 1550GYR0023  
No. de solicitud: 47726  
Unidad Responsable: GYR  
Programa presupuestario: K029  
Fuente financiamiento: 4  
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763  
Localización geográfica: Varios

**Información del HCT del IMSS**  
Tipo OLI: Adquisición  
Proyecto PREI: 15090015  
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF  
Asignación presupuestaria: 1,804,409,105  
Nombre del PPI: Equipo médico

**Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016**

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

**Unidad Responsable del Gasto (URG):** 09 Nivel Central  
**Número de bienes:** 108  
**Monto original con IVA:** 56,376,000.00

( cincuenta y seis millones trescientos setenta y seis mil pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,  
El Titular

*[Handwritten signature]*

Lic. Edgar Peña Chávez



**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384**  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$56,376,000.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 108 ventiladores adulto - pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

**Capítulo: Equipamiento**

**Oficio de Liberación de Inversión 2016**

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 263 / 446

### Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

- Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
- Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
- Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
- Lic. Sergio Antonio Rosete Weben.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Baja California /1
- C.P. Jorge Arturo Pinto Ayala.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Campeche /1
- Lic. Rafael Eduardo Ayala Fariás.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Coahuila /1
- Lic. Georgina Sánchez Alegría.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Colima /1
- Lic. Victor Manuel Villa Hernández.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Chihuahua /1
- C.P. Victor Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1
- Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1
- Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1
- Act. Alejandro Abraham Montesinos Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Poniente /1
- C.P. María Rocio Núñez Osorio.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Lomas Verdes México Poniente /1
- C.P. Constanza Zepeda Neri.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Michoacán /1
- C.P. Adolfo Ulloa Arteaga.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Nayarit /1
- C.P. Soledad Virginia Tello García.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Querétaro /1

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requerente: 095384612930/0384**  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$56,376,000.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 108 ventiladores adulto - pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

**Capítulo: Equipamiento**  
**Oficio de Liberación de Inversión 2016**  
No. 09900 16B3010/6BA2/BM/ 263 / 446

- C.P. Claudia Margarita Rodríguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación San Luis Potosí /1
- Lic. Ricardo Nicolás Berrelleza Pacheco.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sinaloa /1
- C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1
- Lic. Julio César Figueroa Hernández.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tlaxcala /1
- C.P. Yaremi Elizabeth Ake Sustersick.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Yucatán /1
- C.P. Evelia Montañez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Zacatecas /1
- Mtra. Ana Judith Velázquez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Norte /1
- Mtro. Daniel Esteban Ramírez Garcén.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Sur /1
- Lic. Juan Carlos García Rubio.- Encargado del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila Camacho Puebla /1
- C.P. Deciderio Silva Aguilera.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo León /1
- C.P. Nidia Patricia Conde Góngora.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Ignacio García Téllez Yucatán /1

## ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapil/Menu.html>  
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

EPC/APOR/ORL

Volante No. 2016000259

Página 3 de 5



No. de programa o proyecto PREI: 15090015  
Cuenta contable PREI: 13350109

Clave de cartera SHCP: 1550GYR0023  
No. solicitud de SHCP: 47726

Nombre del programa o proyecto: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien			PREI Millenium Control de Compromisos			Monto autorizado											
						Municipio / Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GFO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Ppal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Injerencia Total con IVA
53101	Equipo médico	12063423	0000164453	1391	H.G.Z. N° 30 Y TEATRO	MEXICALI B.C.	02010001	020101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063430	0000165267	1391	HGZ CON UMF 1	CAMPECHE, CAMP	04010001	040201	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063431	0000164842	1391	HGZ CON UMF 4	DEL CARMEN, CA	04040001	040202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063432	0000165268	1391	CONJ SALTILLO HGZ Y CSS	SALTILLO	05030001	050101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063433	0000164843	1391	CONJUNTO SALTILLO-452	SALTILLO	05030008	050201	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063434	0000165498	1391	HGZMF N° 16	TORREON	05090001	050202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063435	0000164454	1391	HGZMF N° 18	TORREON	05090010	050203	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063436	0000165918	1391	CONJUNTO MONCLOVA/HGZ N°7	MONCLOVA, COAH	05170001	050204	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063437	0000165919	1391	H6SUB CON MF N°24	SABINAS, COAH.	05210003	050205	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063438	0000164455	1391	H.G.Z. SINIESTRADO	MANZANILLO	06030003	060101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063439	0000164663	1391	H.G.Z. C.M.F. N° 11	DELICIAS C.H.	06050001	060202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063440	0000165714	1391	M.H.G.Z.M.F. 3	SALAMANCA, GTO	11140002	110202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063441	0000165269	1391	M.H.GRAL.ZONA NUM 89	BUADALAJARA, JAL	14680001	140104	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063442	0000164664	1391	M.H.GRAL.ZONA NUM 9	CD GUZMAN, JAL	14220002	140204	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063443	0000164665	1391	M.H.GRAL.ZONA NUM 9	CD GUZMAN, JAL	14220002	140204	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063444	0000165270	1391	M.H.GRAL.ZONA 76	ECATEPEC	15490005	150201	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063445	0000165499	1391	M.H.G.R. 196	ECATEPEC	15540005	150502	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	5	522,000	2,610,000.00
53101	Equipo médico	12063446	0000164456	1391	M.H.GRAL REGIONAL 220	TOLUCA MEX	16010005	160501	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063447	0000165271	1391	M.H.GRAL REGIONAL 220	TOLUCA MEX	16010005	160501	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063448	0000164666	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	NAUCALPAN	16050002	161401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063449	0000164644	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	NAUCALPAN	16050002	161401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063450	0000165272	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	NAUCALPAN	16050002	161401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063451	0000164667	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	NAUCALPAN	16050002	161401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063452	0000165039	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	NAUCALPAN	16050002	161401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063453	0000165273	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	NAUCALPAN	16050002	161401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063454	0000164457	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	MEXICALI B.C.	17090002	170101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**



Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0023  
No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015  
Cuenta contable PREI : 13350109

Nombre del programa o proyecto : Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Distrito del Bion		SAI		ID de Artículo	PREI Descripción	PREI Milenium Central de Compras		cifras en pesos							
						Municipio	Ubicación	UI	Centro de Costo			GPO-GEN	ESP	VAR	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Período Prial	No. de bienes	Precio Unitario con IVA
53101	Equipo médico	12063455	0000165711	139	M. H. GRAL SUBZONA - M.F. NUM. 9	PATZINGAN, MICH.	17070002	170401	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063456	0000165712	139	M. H. GRAL ZONA M.F. NUM. 1	TEPIC, NAY.	19010006	190101	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063457	0000164449	139	M. H. GRAL ZONA M.F. NUM. 21	MONTERREY, N.L.	20010001	201401	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M00	5	522,000	2,610,000.00
53101	Equipo médico	12063458	0000164662	139	M. H. TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	PUEBLA, PUE.	22010039	221401	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063459	0000165916	139	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO, QRO.	23010001	230501	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063460	0000165917	139	M. HOSP GRAL R. Y U.M.A.A. 1	QUERETARO, QRO.	23010001	230501	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	5	522,000	2,610,000.00
53101	Equipo médico	12063461	0000164450	139	M. H. GRAL ZONA NUM. 50	N. LUIS POTOSI, S.	25010027	250101	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063462	0000165497	139	P. H. GRAL ZONA - M.F. NUM. 1	IS POTOSI, SAN S.	25010010	250202	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063463	0000165849	139	M. H. GRAL ZONA - M.F. NUM. 3	MAZATLAN, SIN.	26050003	260202	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063464	0000165849	139	M. H. GRAL SUBZONA - M.F. NUM. 4	NAVOLATO, SIN.	26110002	260401	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063465	0000164394	139	M. H. GRAL SUBZONA - M.F. NUM. 30	GUAMUCHIL, SIN.	26050001	260402	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063466	0000165207	139	M. HOSPITAL GENERAL REGIONAL	CAJEME, SON.	27050010	270501	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063467	0000165850	139	M. H. GINECO PEDIATRIA HERMOSILLO	HERMOSILLO, SON.	27010003	271601	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063468	0000165432	139	M. H. G. S.M.F. 8	TLAXCALA	30010001	300401	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063469	0000164788	139	M. H. GRAL SUBZONA - M.F. NUM. 45	UMAN YUC	33010001	330403	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063470	0000165566	139	M. H. G. R. 12	MERIDA	33010009	330501	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063471	0000164601	139	M. HGR No. 1 UIMAE ESPE CTRO MED	MERIDA	33010001	331901	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063472	0000165951	139	M. H. G. Z.M.F. 2	FRESNILLO	34090002	340101	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063473	0000164998	139	M. H. G. Z.M.F. 1	ZACATECAS	34010001	340102	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063474	0000165667	139	M. H. ORTOPEDIA	JUSTAVO A MADRE	35A30003	352101	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063475	0000164399	139	M. H. G. Z. MAMADOS 1	BENITO JUAREZ	36030003	360103	200200	531-941	0972	03	01	09	09530007	095001	290000	2016M08	5	522,000	2,610,000.00
<b>TOTAL:</b>													<b>108</b>	<b>24,534,000</b>	<b>56,376,000.00</b>						

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

**SIN TEXTO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0359

## ANEXO 2

**“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ANEXO 1.6 Y  
PROPUESTA ECONÓMICA”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 21 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**SIN TEXTO**



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2

### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 1 DE 12

<b>1. Definición.</b>
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar.
<b>2. Descripción.</b>
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.1.1. Carro de emergencia (incluir marca y modelo)
2.1.1.1. De material plástico o polímero de alto impacto.
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 78 cm y 97 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm. altura entre 90 cm y 100 cm.
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción.
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.5 cm de diámetro como mínimo.
2.1.1.5. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.

<b>1. Definición.</b>
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar. <b>FOLLETO 1 ; MANUAL 2 PÁG. 1-2</b>
<b>2. Descripción.</b>
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico. <b>FOLLETO 1 ; MANUAL 2 PÁG. 1-2 Y 1-3</b>
2.1.1. Carro de emergencia (CAPSA SOLUTIONS/AVALO) <b>FOLLETO 1</b>
2.1.1.1. De material plástico de alto impacto. <b>FOLLETO 1</b>
2.1.1.2. Dimensiones: longitud 79 cm, ancho 60 cm. altura 90 cm. <b>FOLLETO 1</b>
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción. <b>FOLLETO 1</b>
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.7 cm de diámetro. <b>FOLLETO 1</b>
2.1.1.5. Con sistema de frenado en dos ruedas. <b>FOLLETO 1</b>

biossmanni

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

### ANEXO 1.2

#### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
 <b>NOMBRE GENÉRICO</b> <b>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR</b>			

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 2 DE 12

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor.
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro.
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición.
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones.
2.1.1.8. Con cuatro cajones como mínimo.
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo.
2.1.1.9. Sistema de seguridad.
2.1.1.9.1. Cerradora general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
2.1.1.10. Con poste portavenocclisis ajustable e integrado.

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.8. Con cinco cajones. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.9. Sistema de seguridad. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.9.1. Cerradora general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.10. Con poste portavenocclisis ajustable e integrado. <b><u>FOLLETO 1</u></b>



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
 <b>NOMBRE GENÉRICO</b> <b>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR</b>		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1:
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
			NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 3 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (referir marca y modelo).
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor.
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente o semitransparente, libre de latex.
2.1.2.3. Autoinflable.
2.1.2.4. Tamaño adulto:
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1500 ml, como mínimo.
2.1.2.5. Tamaño pediátrico.
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600ml.

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (MERLIN MEDICAL / W44525, W4454, W4456). <b><u>CATALOGO 1 PÁG. 2, 6</u></b>
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor. <b><u>MANUAL 1 PÁG. 2, 3 Y 4</u></b>
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente libre de latex. <b><u>CATALOGO 1 PÁG. 3 Y 4</u></b>
2.1.2.3. Autoinflable. <b><u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u></b>
2.1.2.4. Tamaño adulto: <b><u>MANUAL 1 PÁG. 3</u></b>
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1850 ml. <b><u>MANUAL 1 PÁG. 3</u></b>
2.1.2.5. Tamaño pediátrico (NIÑO). <b><u>MANUAL 1 PÁG. 3</u></b>
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 585 ml. <b><u>MANUAL 1 PÁG. 3</u></b>

**biossmann**

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cauhtémoc D.F.  
Av. Cauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com





**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 4 DE 12

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.2.6. Tamaño neonatal.
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320ml, como máximo.
2.1.2.7. Mascarillas reusables.
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria.
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O.
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario.
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (referir marca y modelo).
2.1.3.1. Mango.

2.1.2.6. Tamaño neonatal (INFANTE). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.7. Mascarillas reusables. <u>CATALOGO 1 PÁG. 2 Y 4</u>
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 4</u>
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (Laringoscopio ) (KAWE / F.O. LED). <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.1. Mango. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2

#### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 5 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión.
2.1.3.1.2. Acabado acanalado o rugoso.
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas.
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
2.1.3.3. Iluminación xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio.
2.1.3.4.1. De acero inoxidable.
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas.

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u></b>
2.1.3.1.2. Acabado rugoso (estriado). <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u></b>
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u></b>
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4 y 7</u></b>
2.1.3.3. Iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u></b>
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u></b>
2.1.3.4.1. De acero inoxidable. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u></b>
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 6</u></b>
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 5</u></b>
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 7</u></b>

blossmanni

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

### ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 6 DE 12			

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
2.1.5. Desfibrilador.
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 200 Joules.
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga.
2.1.5.5. Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora. <b>FOLLETO 1</b>
2.1.5. Desfibrilador. <b>MANUAL 2 PORTADA</b>
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado. <b>MANUAL 2 PÁG. 1-2</b>
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica de 270 Joules. <b>MANUAL 2 PÁG. 1-3, 1-4, 2-2 Y 15-11</b>
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo de 40 segundos. <b>MANUAL 2 PÁG. 1-4 Y 6-2-8</b>
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga (Descarga interna). <b>MANUAL 2 PÁG. 1-4, 12-6 12-12, 12-13, 12-14 Y 15-9</b>
2.1.5.5. Tiempo de carga de 5 segundos para máxima energía. <b>MANUAL 2 PÁG.1-4</b>
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). <b>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 2-5</b>

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condessa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara A  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	00000000018870	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 7 DE 12

2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.
2.1.6. Monitor.
2.1.6.1. Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
2.1.6.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
2.1.6.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
2.1.6.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).
2.1.7. Palas
2.1.7.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
2.1.7.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.

2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa. <b>MANUAL 2 PÁG.6-0-2</b>
2.1.6. Monitor. <b>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3</b>
2.1.6.1. Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas. <b>MANUAL 2 PÁG. 1-3</b>
2.1.6.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). <b>MANUAL 2 PÁG. 8-1-4 Y 8-1-13</b>
2.1.6.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español. <b>MANUAL 2 PÁG. 15-5 Y 8-3-9</b>
2.1.6.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias). <b>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3 , 10-1-22 Y 11-9</b>
2.1.7. Palas <b>MANUAL 2 PÁG. 2-7</b>
2.1.7.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. <b>MANUAL 2 PÁG. 6-1-5 Y 8-1-18</b>
2.1.7.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. <b>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</b>

biossmanni

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## ANEXO 1.2

### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

#### ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 8 DE 12

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.7.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.	2.1.7.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. <b>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</b>
2.1.7.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.	2.1.7.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. <b>MANUAL 2 PÁG. 1-6, 6-0-3 Y 6-2-11</b>
2.1.8. Alarmas audibles y visibles.	2.1.8. Alarmas audibles y visibles. <b>MANUAL 2 PÁG. 9-2</b>
2.1.8.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.	2.1.8.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2. <b>MANUAL 2 PÁG. 8-3-8 , 9-6 Y 9-12</b>
2.1.8.2. De desconexión del paciente.	2.1.8.2. De desconexión del paciente. <b>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 15-3</b>
2.1.8.3. Del nivel de carga de la batería.	2.1.8.3. Del nivel de carga de la batería. <b>MANUAL 2 PÁG. 4-9</b>
2.1.9. Sistema de registro.	2.1.9. Sistema de registro. <b>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</b>
2.1.9.1. Impresión integrada.	2.1.9.1. Impresión integrada. <b>MANUAL 2 PÁG. 2-6</b>
2.1.9.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.	2.1.9.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. <b>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</b>
2.1.9.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.	2.1.9.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. <b>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</b>
2.1.9.4. Un canal como mínimo.	2.1.9.4. Un canal. <b>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</b>

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de GuevarA  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2

#### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

#### ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1 ; MANUAL 1, 2 Y 3 ; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 9 DE 12

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.10. SpO2.
2.1.10.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
2.1.10.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.
2.1.11. Batería.
2.1.11.1. Recargable e integrada.
2.1.11.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
2.1.11.3. Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo, como mínimo.
2.1.11.4. Tiempo de carga máximo 4.5 horas.
2.1.12 Presión no invasiva:
2.1.12.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.

2.1.10. SpO2. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-2</u></b>
2.1.10.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-7</u></b>
2.1.10.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 8-3-8</u></b>
2.1.11. Batería. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u></b>
2.1.11.1. Recargable e integrada. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 4-2</u></b>
2.1.11.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u></b>
2.1.11.3. Que permita dar 100 desfibrilaciones a carga máxima o 180 minutos de monitoreo continuo. <b><u>MANUAL 2 PÁG.15-20</u></b>
2.1.11.4. Tiempo de carga de 3 horas. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 4-8</u></b>
2.1.12 Presión no invasiva: <b><u>MANUAL 3 PÁG. 1-2</u></b>
2.1.12.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <b><u>MANUAL 3 PÁG. 2-2</u></b>



**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Miltras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Cueva  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
 <b>NOMBRE GENÉRICO</b>  CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FÁBRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 10 DE 12

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.12.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.
2.1.12.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio.
3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (incluir marca y modelo).
3.3. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (al menos 100 piezas).

2.1.12.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 ; MANUAL 3 PÁG. 2-23</u></b>
2.1.12.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media. <b><u>MANUAL 3 PÁG. 2-18</u></b>
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-4</u></b>
3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (NIHON KOHDEN / JC-865V). <b><u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-7</u></b>
3.3. Cable de paciente de 6 puntas. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-8</u></b>
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. <b><u>MANUAL 3 PÁG. 2-6</u></b>
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (100 piezas). <b><u>CATALOGO 3 PÁG. 22</u></b>

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevará  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
 <b>NOMBRE GENÉRICO</b> <b>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR</b>			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 11 DE 12			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

4.2. Electrodo autoadheribles trascutáneos para desfibrilación tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (referir marca y modelo).
4.3. Pasta conductora al menos dos tubos.
4.4. Papel para impresión al menos dos rollos.
4.5. Al menos una bolsa con 100 sellos de garantía.
4.6 Al menos dos focos para laringoscopio.
5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%.
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estándares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.

4.2. Electrodo autoadheribles trascutáneos para desfibrilación tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica 10 piezas (NIHON KHODEN / H327 ). <b><u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u></b>
4.3. Pasta conductora dos tubos. <b><u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u></b>
4.4. Papel para impresión dos rollos. <b><u>MANUAL 2 PÁG. i</u></b>
4.5. Una bolsa con 100 sellos de garantía. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
4.6 Dos focos para laringoscopio. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u></b>
5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 15-20</u></b>
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estándares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.



Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com





**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
<b>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR</b>		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E11-2016</u>	MODELO:	<u>TEC-5621 / AVALO</u>
PARTIDA:	<u>41</u>	CATÁLOGO	<u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD:	<u>26</u>	FABRICANTE	<u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

HOJA 12 DE 12

7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

**ATENTAMENTE**

  
**ALBERTO PAULINO BASURTO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**biossmanni**

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com



# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## ANEXO 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<b>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			
<b>1. Definición.</b>			
1.1. Definición: Equipo electromédico rodable operado por microprocesadores, no invasivo, para la realización de estudios de potenciales evocados auditivos, visuales y somato sensoriales, electromiografía, velocidad de conducción motora y sensorial.			
<b>2. Descripción.</b>			
2.1. Electromiógrafo.			
2.2. Equipo estacionario o portátil.			
2.3. Sistema de adquisición y manejo de datos:			
2.3.1. Estimulador eléctrico. <b>Según Precisión Técnica 34 de la Junta de Aclaraciones.</b>			
2.3.1.1. De corriente y/o voltaje constante. <b>Según Precisión Técnica 34 de la Junta de Aclaraciones.</b>			
2.3.1.2. De un canal seleccionando:			
2.3.1.2.1. Intensidad o amplitud del estímulo.			
2.3.1.2.2. Duración del estímulo.			
2.3.1.2.3. Frecuencia del estímulo.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATALOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 1 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			
<b>1. Definición.</b>			
1.1. Definición: Equipo electromédico rodable operado por microprocesadores, no invasivo, para la realización de estudios de potenciales evocados auditivos, visuales y somato sensoriales, electromiografía, velocidad de conducción motora y sensorial. <b><u>Catálogo 1, Pág. 16; Manual 1, Pág. 1.1, 1.3.</u></b>			
<b>2. Descripción.</b>			
2.1. Electromiógrafo. <b><u>Catálogo 1, Pág. 1;</u></b>			
2.2. Equipo estacionario montado en carro de transporte. <b><u>Catálogo 1, Pág. 1, 16.</u></b>			
2.3. Sistema de adquisición y manejo de datos: <b><u>Manual 1, Pág. 3.15, 7.12.</u></b>			
2.3.1. Estimulador eléctrico. Con mínima división de escala de 0.1 mA. <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1669 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Manual 1, Pág. 12.2.</u></b>			
2.3.1.1. De corriente constante, con ajuste de la intensidad en el mismo mango del estimulador. <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1671 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Manual 1, Pág. 2-3.3; 2-3.4.</u></b>			
2.3.1.2. De un canal seleccionando: <b><u>Manual 1, Pág. 1.22.</u></b>			
2.3.1.2.1. Intensidad o amplitud del estímulo. <b><u>Manual 1, Pág. 1.19, 1.21.</u></b>			
2.3.1.2.2. Duración del estímulo. <b><u>Catálogo 1, Pág. 3, 4.</u></b>			
2.3.1.2.3. Frecuencia del estímulo. <b><u>Catálogo 1, Pág. 3, 4.</u></b>			

**biossmann**

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRA

### ANEXO 1.2

#### Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<b>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			
2.3.1.3. Modos: sencillo, tren y recurrente.			
2.3.2. Estimulador auditivo:			
2.3.2.1. Con controles de al menos dos tipos de estímulo incluyendo click.			
2.3.2.2. Selección de frecuencia e intensidad.			
2.3.2.3. Frecuencia del estímulo seleccionable.			
2.3.2.4. Intensidad de 0 a 95 dB (nHL) como mínimo o su equivalente en dB (SPL).			
2.3.3. Estimulador visual:			
2.3.3.1. Frecuencia del estímulo seleccionable.			
2.3.3.2. Programa para ojo derecho, izquierdo y ambos.			
2.3.3.3. Monitor de patrón reverso y goggles para estimulación visual.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATALOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 2 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			
2.3.1.3. Modos: sencillo, doble, tren y recurrente. <b><u>Manual 1, Pág. 12.1.</u></b>			
2.3.2. Estimulador auditivo: <b><u>Manual 1, Pág. 12.2</u></b>			
2.3.2.1. Con controles de dos tipos de estímulo, click y tono burst. <b><u>Manual 1, Pág. 12.2.</u></b>			
2.3.2.2. Selección de frecuencia e intensidad. <b><u>Manual 1, Pág. 12.2.</u></b>			
2.3.2.3. Frecuencia del estímulo seleccionable. <b><u>Manual 1, Pág. 12.2.</u></b>			
2.3.2.4. Intensidad de 0 a 135 dB (SPL), en pasos de 1 o 5 dB. <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1673 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Manual 1, Pág. 12.2.</u></b>			
2.3.3. Estimulador visual: <b><u>Manual 1, Pág. 12.2.</u></b>			
2.3.3.1. Frecuencia del estímulo seleccionable de 0.1 a 100 Hz. <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1685 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Manual 1, Pág. 12.1.</u></b>			
2.3.3.2. Programa para ojo derecho (mitad derecha), izquierdo (mitad izquierda) y ambos (total). <b><u>Manual 1, Pág. 5.12, 12.2.</u></b>			
2.3.3.3. Monitor para patrón reverso de 18.5 pulgadas conectado directamente a la consola principal (sin necesidad de un módulo adicional) y goggles para estimulación visual. <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1674 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Catálogo 1, Pág. 16; Catálogo 8, Pág. 1, 2;</u></b>			



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2

#### Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<b>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			
2.3.4. Amplificador con brazo de soporte:			
2.3.4.1. De al menos 4 canales.			
2.3.4.2. Con ajuste de sensibilidad de al menos 2 y 10 $\mu\text{V}/\text{mm}$ por división.			
2.3.4.3. Frecuencia de muestreo de 60,000 Hz o mayor por canal.			
2.3.4.4. Filtros ajustables:			
2.3.4.4.1. Filtro bajo que cubra como mínimo el rango de 1 a 500 Hz.			
2.3.4.4.2. Filtro alto que cubra como mínimo el rango de 15 a 10000 Hz.			
2.3.4.5. Nivel de ruido interno menor a 1 $\mu\text{volts}$ RMS.			
2.3.4.6. Con conectores tipo 5 pin DIN y conectores din.			
2.3.4.7. Con impedancia de entrada de al menos 50 Mohms.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 3 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			
<u>Manual 1, Pág. 1.22</u>			
2.3.4. Amplificador con brazo de soporte: <u>Catálogo 1, Pág. 1, 4.</u>			
2.3.4.1. De 4 canales. <u>Catálogo 1, Pág. 4.</u>			
2.3.4.2. Con ajuste de sensibilidad de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 $\mu\text{V}/\text{mm}$ por división, así como 1, 2, 5 y 10 mV/división. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.3. Se oferta Velocidad de Conversión (inversamente proporcional a la frecuencia de muestreo) de 10 microsegundos por canal, lo que equivale a 100,000 Hz por canal. <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1676 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.4. Filtros ajustables: <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.4.1. Filtro bajo que cubre el rango de 0.01 a 500 Hz y hasta 3 KHz. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.4.2. Filtro alto que cubre el rango de 10 a 20,000Hz. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.5. Nivel de ruido interno menor a 0.6 $\mu\text{V}$ RMS. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.6. Con conectores tipo 5 pin DIN y conectores DIN. <u>Manual 1, Pág. 1.26, 12.16.</u>			
2.3.4.7. Con impedancia de entrada de 200 MOhms. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			



## ANEXO 1.2

### Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
NOMBRE GENERICO <b>ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES</b> (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			
2.3.4.8. Convertidor analógico – digital de 16 bits como mínimo.			
2.3.5. Con protocolos establecidos por el fabricante y programación de protocolos por el usuario.			
2.3.6. Probador de impedancia para electrodos con indicador visual de alta impedancia.			
2.3.7. Que permita el cambio de montajes, filtros, sensibilidad y velocidad de barrido.			
2.3.8. Con marcadores de latencia y amplitud.			
2.3.9. Ingreso y almacenamiento de datos del paciente al menos nombre, fecha de nacimiento, peso, talla, impresión diagnóstica y tratamiento.			
2.4. Sistema de revisión de datos:			
2.4.1. Medición de frecuencias, amplitudes y duraciones.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 4 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			
2.3.4.8. Convertidor analógico digital de 16 bits. <b><u>Manual 1, Pág. 12.1.</u></b>			
2.3.5. Con protocolos de exámenes y ajustes preestablecidos de fábrica y programación de protocolos y ajustes por el usuario. <b><u>Manual 1, Pág. 4.1, 4.4, 4.7, 5.1.</u></b>			
2.3.6. Probador de impedancia para electrodos con indicador visual de alta impedancia respecto a un valor preestablecido ajustable entre 2, 5, 10 o 20 K. . <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1675 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Manual 1, Pág. 1.26, 12.1.</u></b>			
2.3.7. Que permite el cambio de condiciones (montajes), filtros, sensibilidad y tiempo (velocidad) de barrido. <b><u>Manual 1, Pág. 3.29, 5.1, 5.4.</u></b>			
2.3.8. Con cursores (marcadores) de latencia y amplitud en consola principal. <b><u>Catálogo 1, Pág. 3;</u></b> <b><u>Manual 1, Pág. 3.31.</u></b>			
2.3.9. Ingreso y almacenamiento de los siguientes datos del paciente: nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, peso, talla, nombre del médico, historial (como impresión diagnóstica) e información del examen (como tratamiento). <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1678 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Manual 1, Pág. 7.5, 7.6.</u></b>			
2.4. Sistema de revisión de datos: <b><u>Manual 1, Pág. 4.3, 4.6.</u></b>			
2.4.1. Medición de latencias (frecuencias), amplitudes y duraciones. <b><u>Manual 1, Pág. 3.17, 5.25.</u></b>			

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de GuevaraA  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<p>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</p>			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			
2.4.2. Con marcadores de latencia y amplitud.			
2.4.3. Impresión de registros.			
2.5. Despliegue en pantalla a color de:			
2.5.1. Identificación del nombre del paciente, peso, talla, fecha y hora del estudio.			
2.5.2. De las 4 curvas de EMG como mínimo, con las siguientes características:			
2.5.2.1. Ganancia $\mu\text{V}/\text{div}$ .			
2.5.2.2. Velocidad de barrido (ms/div).			
2.5.2.3. Amplitud.			
2.5.2.4. Duración.			
2.5.3. Filtro de 60 Hz.			
2.5.4. Adquisición y revisión.			
2.6. Interpretación y adquisición:			
2.6.1. Software de fácil manejo de acuerdo al fabricante para estudios de:			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 5 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			
2.4.2. Con cursores (marcadores) de latencia y amplitud. <b><u>Manual 1, Pág. 3.17.</u></b>			
2.4.3. Impresión de registros. <b><u>Manual 1, Pág. 8.1.</u></b>			
2.5. Despliegue en pantalla a color de: <b><u>Catálogo 1, Pág. 2.</u></b>			
2.5.1. Identificación del nombre del paciente, peso, talla, fecha y hora del estudio. <b><u>Manual 1, Pág. 3.21, 3.23, 7.7.</u></b>			
2.5.2. De las 4 curvas de EMG como mínimo, con las siguientes características: <b><u>Catálogo 1, Pág. 8.</u></b>			
2.5.2.1. Ganancia $\mu\text{V}/\text{div}$ . <b><u>Manual 1, Pág. 3.16.</u></b>			
2.5.2.2. Velocidad (tiempo) de barrido (ms/div). <b><u>Manual 1, Pág. 3.16.</u></b>			
2.5.2.3. Amplitud. <b><u>Manual 1, Pág. 5.25.</u></b>			
2.5.2.4. Duración. <b><u>Manual 1, Pág. 5.25.</u></b>			
2.5.3. Filtro de 60 Hz. <b><u>Manual 1, Pág. 5.6.</u></b>			
2.5.4. Adquisición y despliegue (revisión). <b><u>Manual 1, Pág. 3.14, 3.15.</u></b>			
2.6. Análisis (Interpretación) y adquisición: <b><u>Manual 1, Pág. 3.15, 3.16.</u></b>			
2.6.1. Software de fácil manejo de acuerdo al fabricante para estudios de: <b><u>Catálogo 1, Pág. 2, 4; Manual 1, Pág. 1.3.</u></b>			

biossmanni

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



## ANEXO 1.2

### Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
NOMBRE GENERICO <b>ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES          (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			

2.6.1.1. Electromiografía con grabación o almacenamiento de al menos 30 segundos, reflejo de parpadeo, estimulación repetitiva, electromiografía de fibra única, onda F, reflejo H.
2.6.1.2. Estudios de conducción nerviosa: velocidad de conducción motora, velocidad de conducción sensorial.
2.6.1.3. Potenciales evocados somato sensoriales: potencial evocado somato sensorial (SEP), potencial evocado de latencia corta (SSEP).
2.6.1.4. Potenciales evocados auditivos (ABR): Electrocoqueografía (ECoG), potenciales evocados de latencia media, potenciales evocados de latencia tardía (LLR) o lenta de vertex (SVR), de tallo cerebral o tallo encefálico (PATC o ABR).
2.6.1.5. Potenciales evocados visuales: destello en goggles y monitor de patrón reverso.
2.7. Almacenamiento:
2.7.1. Reporte en formato que pueda ser visualizado en otro sistema de cómputo.
2.7.2. Que permita el almacenamiento en dispositivos externos.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 6 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			

2.6.1.1. Electromiografía con grabación o almacenamiento de 600 segundos, reflejo de parpadeo, estimulación repetitiva, electromiografía de fibra única (software incluido), onda F, reflejo H. <b><u>Catálogo 1, Pág. 8; Manual 1, Pág. 1.3.</u></b>
2.6.1.2. Estudios de conducción nerviosa: velocidad de conducción motora, velocidad de conducción sensorial. <b><u>Manual 1, Pág. 1.3.</u></b>
2.6.1.3. Potenciales evocados somato sensoriales: potencial evocado somato sensorial (SEP), potencial evocado de latencia corta (SSEP). <b><u>Manual 1, Pág. 1.3.</u></b>
2.6.1.4. Potenciales evocados auditivos (ABR): Electrocoqueografía (ECoG), potenciales evocados de latencia media, potenciales evocados de latencia tardía (LLR) o lenta de vertex (SVR), de tallo cerebral o tallo encefálico (PATC o ABR). <b><u>Manual 1, Pág. 1.3.</u></b>
2.6.1.5. Potenciales evocados visuales: destello en goggles y monitor de patrón reverso. <b><u>Manual 1, Pág. 1.3.</u></b>
2.7. Almacenamiento: <b><u>Manual 1, Pág. 5.28.</u></b>
2.7.1. Reporte en formato Excel y Word que puede ser visualizado en otro sistema de cómputo. <b><u>Catálogo 1, Pág. 5.</u></b>
2.7.2. Que permita el almacenamiento en dispositivos externos. <b><u>Manual 1, Pág. 1.1, 7.1.</u></b>

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2**  
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**

CLAVE SAI: <b>531.333.0317.01.01</b>	FECHA IMP.: <b>22/07/2016</b>
CLAVE PREI: <b>00000000011803</b>	HORA IMP.: <b>10:11:18</b>
<b>NOMBRE GENERICO</b> <b>ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES</b> <b>(CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>	
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>	
2.8. Plataforma de cómputo que soporte el software según el proveedor.	
2.8.1. Procesador Core i3 @ 2.30 GHz o mayor.	
2.8.2. Disco duro de 500 GB o mayor.	
2.8.3. Memoria RAM 3 Gb.	
2.8.4. Unidad CD-RW / DVD.	
2.8.5. Sistema operativo Windows.	
2.8.6. Teclado y mouse.	
2.8.7. Pantalla de 17" o mayor.	
2.8.8. Capacidad de crecimiento a programas adicionales.	
2.8.9. Con impresora láser.	
2.8.10. Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con regulador de voltaje.	
2.8.11. Supresor de picos.	

LICITANTE: <b>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</b>	MARCA: <b>NIHON KOHDEN</b>
LICITACION: <b>LA-019GYR040-E11-2016</b>	MODELO: <b>MEB-9400</b>
PARTIDA: <b>43</b>	CATALOGO: <b>CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1</b>
CANTIDAD: <b>12</b>	FABRICANTE: <b>NIHON KOHDEN CORPORATION</b> HOJA 7 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>	
2.8. Plataforma de cómputo que soporta software Windows. <b><u>Manual 1, Pág. 1.1.</u></b>	
2.8.1. Procesador Core i5 @ 3.3 GHz. <b><u>Catálogo 2, Pág. 16.</u></b>	
2.8.2. Disco duro de 500 GB. <b><u>Catálogo 2, Pág. 18.</u></b>	
2.8.3. Memoria RAM de 4 GB. <b><u>Catálogo 2, Pág. 17.</u></b>	
2.8.4. Unidad de DVD+/-RW. <b><u>Catálogo 2, Pág. 19.</u></b>	
2.8.5. Sistema operativo Windows 7 profesional. <b><u>Catálogo 1, Pág. 3; Catálogo 2, Pág. 15.</u></b>	
2.8.6. Teclado y mouse. <b><u>Catálogo 1, Pág. 2;</u></b>	
2.8.7. Pantalla de 19.45" tipo LED. <b><u>Catálogo 3, Pág. 1, 2.</u></b>	
2.8.8. Capacidad de crecimiento a programas adicionales. <b><u>Catálogo 1, Pág. 9.</u></b>	
2.8.9. Con impresora láser tipo blanco y negro. <b><u>Catálogo 4, Pág. 1, 2.</u></b>	
2.8.10. Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con regulador de voltaje y función de supresor de picos, en el mismo equipo UPS. <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1682 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Catálogo 5, Pág. 1.</u></b>	
2.8.11. Supresor de picos incluido en el mismo equipo UPS. <b><u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1682 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Catálogo 5, Pág. 1.</u></b>	

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2

#### Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<b>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			
2.9. Generador de reportes en formato configurable.			
2.10. Interruptor de pie (pedal).			
2.11. Sensor de temperatura de piel.			
2.12. Estimulador de corriente con punta de estimulación con control de intensidad y estímulo con al menos un juego de adaptadores de tamaño pediátrico y un juego de tamaño adulto.			
2.13. Audífonos externos.			
2.14. Audífonos de inserción.			
2.15. Goggles de destello (tipo LED).			
2.16. Al menos un juego completo de 20 electrodos reusables con disco o copa de cloruro de plata con baño de oro de 24 kilates de 10 mm. Que cumplan con el estándar din y longitud del cable de 1 a 1.5 metros como mínimo.			
2.17. Bocina para EMG.			
2.18. Discos de software de instalación de programas del EMG y plataforma de cómputo.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 8 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			
2.9. Generador de reportes en formato configurable con Word o Excel. <b><u>Manual 1, Pág. 8.1.</u></b>			
2.10. Interruptor de pie (pedal). <b><u>Manual 1, Pág. 1.27.</u></b>			
2.11. Sensor de temperatura de piel. <b><u>Catálogo 6, Pág. 5.</u></b>			
2.12. Estimulador de corriente con punta de estimulación con control de intensidad y control de encendido/apagado del estímulo. Además se oferta un electrodo de estimulación de puntas de distancia variable de 9 a 35 mm, para uso adulto y pediátrico. <b><u>Catálogo 6, Pág. 6;</u></b> <b><u>Manual 1, Pág. 1.28, 12.13.</u></b>			
2.13. Audífonos externos. <b><u>Catálogo 6, Pág. 7.</u></b>			
2.14. Audífonos de inserción. <b><u>Catálogo 6, Pág. 7.</u></b>			
2.15. Goggles de destello (tipo LED). <b><u>Catálogo 6, Pág. 6.</u></b>			
2.16. Un juego completo de 20 electrodos (2 cajas con 10 electrodos cada caja), reusables con copa de plata con baño de oro, 10 mm de diámetro. Que cumplen con el estándar DIN y longitud del cable de 1.5 metros (60"). <b><u>Catálogo 7, Pág. 2;</u></b>			
2.17. Bocina para EMG. <b><u>Manual 1, Pág. 1.19, 1.21.</u></b>			
2.18. Discos de software de instalación de programas del EMG y plataforma de cómputo.			



**ANEXO 1.2**  
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: <b>531.333.0317.01.01</b>	FECHA IMP.: <b>22/07/2016</b>
CLAVE PREI: <b>00000000011803</b>	HORA IMP.: <b>10:11:18</b>
<b>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>	
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>	
<b>3. Accesorios:</b> <b>3.1. Carro de transporte rodable con sistema de frenos de diseño específico para el equipo ofertado. Según Precisión Técnica 34 de la Junta de Aclaraciones.</b>	
<b>4. Consumibles:</b> <b>4.1. Electrodo desechables de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario)</b> <b>4.2 Electrodo (aguja) concéntricos de al menos 4</b>	

LICITANTE: <b>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</b>	MARCA: <b>NIHON KOHDEN</b>
LICITACION: <b>LA-019GYR040-E11-2016</b>	MODELO: <b>MEB-9400</b>
PARTIDA: <b>43</b>	CATALOGO: <b>CATALOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1</b>
CANTIDAD: <b>12</b>	FABRICANTE: <b>NIHON KOHDEN CORPORATION</b> HOJA 9 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>	
<b><u>Manual 1, Pág. 2-3.11, 12.8.</u></b>	
<b>3. Accesorios:</b> <b>3.1. Carro de transporte rodable con sistema de frenos de diseño específico para el equipo ofertado. Catálogo 1, Pág. 16; Manual 1, Pág. 2-1.1.</b>	
<b>3.2. Se incluyen de forma adicional los siguientes accesorios:</b> <b>3.2.1. Electrodo de dedo. Catálogo 6, Pág. 5.</b> <b>3.2.2. Electrodo de estimulación de superficie (tipo barra). Catálogo 6, Pág. 6.</b> <b>3.2.3. Electrodo de superficie (pareados), con cable de 2.3m. Catálogo 6, Pág. 4.</b> <b>3.2.4. Electrodo de tierra tipo disco. Catálogo 6, Pág. 6.</b> <b>3.2.5. Electrodo de tierra con cinta velcro, 1 de muñeca para adulto, 1 de tobillo para adulto y 1 de muñeca pediátrico, con longitud de 1.5 m. Catálogo 6, Pág. 6.</b>	
<b>4. Consumibles:</b> <b>4.1. Electrodo desechables de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes 25, 38, 50 y 75 mm de largo. Se oferta una caja con 10 piezas de cada medida. Catálogo 9, Pág. 1, 2.</b>	
<b>4.2 Electrodo (aguja) concéntricos de 4 medidas</b>	

**ANEXO 1.2**  
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<b>NOMBRE GENERICO</b> <b>ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES</b> <b>(CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			
medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario)			
4.3. Al menos 5 electrodos (agujas) de fibra única (únicamente para estudios de pacientes con miastenia gravis). Incluir registro sanitario.			
4.4. Esponjas para audífonos de inserción. Al menos 200 piezas.			
4.5. Pasta conductiva para electrodos. Al menos 3 frascos o tubos.			
4.6. Pasta abrasiva para la piel del paciente. Al menos 3 frascos o tubos.			
4.7. Papel para impresora al menos mil hojas.			
4.8. Tóner para impresora.			
5. Instalación:			
5.1. Eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.			
6. Mantenimiento:			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 10 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			
diferentes 25, 38, 50 y 75 mm de largo. Se oferta una caja con 25 piezas de cada medida. <b><u>Catálogo 10, Pág. 2.</u></b>			
4.3. Se incluyen 5 electrodos (agujas) de fibra única (únicamente para estudios de pacientes con miastenia gravis). <b><u>Catálogo 6, Pág. 4.</u></b>  <i>Se incluye al final de los folletos referenciados copia del Registro Sanitario No. 1456E95 SSA, de las Agujas de Fibra Única H650A y H660 de la Marca Nihon Kohden.</i>			
4.4. Esponjas para audífonos de inserción. Se incluyen 200 piezas (80 grandes, 60 medianas y 60 chicas). <b><u>Catálogo 6, Pág. 7.</u></b>			
4.5. Pasta conductiva para electrodos. Se incluyen 3 piezas de 8 oz (228 gr) cada una. <b><u>Catálogo 6, Pág. 7.</u></b>			
4.6. Pasta abrasiva para la piel del paciente. Se incluyen 4 tubos de 135 gr cada uno. <b><u>Catálogo 6, Pág. 7.</u></b>			
4.7. Papel para impresora, se incluyen 2 paquetes de 500 hojas. <b><u>Catálogo 11, Pág. 1.</u></b>			
4.8. Se incluye 1 cartucho blanco/negro para la impresora. <b><u>Catálogo 4, Pág. 2.</u></b>			
5. Instalación:			
5.1. Eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz. <b><u>Manual 1, Pág. 12.3.</u></b>			
6. Mantenimiento:			

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.  
Av. Cuahtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2**  
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**

CLAVE SAI:	<b>531.333.0317.01.01</b>	FECHA IMP.:	<b>22/07/2016</b>
CLAVE PREI:	<b>000000000011803</b>	HORA IMP.:	<b>10:11:18</b>
NOMBRE GENERICO <b>ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES</b> <b>(CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</b>			
<b>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</b>			
6.1. Preventivo.			
6.2. Correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.			
7. Normas – Estándares vigentes:			
7.1. Para bienes nacionales e internacionales:			
7.1.1. Registro sanitario.			
7.1.2. Certificado ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV.			
7.2. Para bienes nacionales incluir:			
7.2.1. Certificado de buenas prácticas de fabricación.			
7.3. Para bienes internacionales incluir:			
7.3.1. Certificado FDA o Health Canadá o CE o JIS o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.			

LICITANTE:	<b>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</b>	MARCA:	<b>NIHON KOHDEN</b>
LICITACION:	<b>LA-019GYR040-E11-2016</b>	MODELO:	<b>MEB-9400</b>
PARTIDA:	<b>43</b>	CATALOGO:	<b>CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1</b>
CANTIDAD:	<b>12</b>	FABRICANTE:	<b>NIHON KOHDEN CORPORATION</b> HOJA 11 DE 11
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</b>			
6.1. Preventivo.			
6.2. Correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.			
7. Normas – Estándares vigentes:			
7.1. Para bienes nacionales e internacionales:			
7.1.1. Registro sanitario. <b><u>Se incluye en la propuesta</u></b>			
7.1.2. Certificado ISO13485:2003. <b><u>Se incluye en la propuesta</u></b>			
7.2. Para bienes nacionales incluir:			
7.2.1. Certificado de buenas prácticas de fabricación.			
7.3. Para bienes internacionales incluir:			
7.3.1. Certificado CE. <b><u>Se incluye en la propuesta</u></b>			

**ATENTAMENTE**

**ALBERTO PAULINO BASURTO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

**blossmann**

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

**SIN TEXTO**



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 1 DE 16			

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

<b>1 Definición</b>
1.1 Equipo controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos y pediátricos que tienen comprometida la función respiratoria.
<b>2 Descripción</b>
2.1 Ventilador adulto pediátrico.
2.2 Pantalla:
2.2.1. Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED
2.2.2 A color
2.2.3 Tamaño mínimo de 10" (25 cm) o mayor
2.2.4 Configurable por el usuario.

<b>1 Definición</b>
1.1 Equipo de soporte de vida para pacientes en estado crítico que necesitan soporte de la respiración respiratoria por método invasivo/no invasivo. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 1 PÁGINA 1-1 Y PAGINA 1-2.</u>
<b>2. DESCRIPCION:</b>
2.1 Ventilador adulto pediátrico <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 1 PAGINA 1-2.</u>
2.2 Pantalla interconstruida: <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 1 PAGINA 1-2 Y SECCION 8 PAGINA 8-20</u>
2.2.1. Tipo LCD; sensible al tacto. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8, PAGINA 8-20</u>
2.2.2 A color. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-20</u>
2.2.3 Tamaño mínimo de 15" (38cm) CALIDAD MÉDICA CON BRAZO DE SOPORTE ARTICULADO <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO FIGURA F-12 INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS;</u>
2.2.4 Configurable por el usuario. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-1 Y 2-2</u>

**ANEXOS**  
**CONTRATOS**

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cauhtémoc D.F.  
Av. Cauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de GuevarA  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 : MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 2 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.3 Controles y ajustes de:
2.3.1 Volumen corriente (ml)
2.3.1.1 Límite inferior 50 o menor
2.3.1.2 Límite superior 2000 o mayor
2.3.2 Flujo Inspiratorio o flujo adaptativo (l/min)
2.3.2.1 Límite inferior: 10 o menor
2.3.2.2 Límite superior: 140 o mayor
2.3.3 Presión inspiratoria (cmH2O)
2.3.3.1 Límite inferior: 5 o menor.

2.3 Controles y ajustes de: <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-4</u></b>
2.3.1 Volumen corriente (ml) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-4: SECCION 8 PAGINA 8-15</u></b>
2.3.1.1 Límite inferior 5mL. <b><u>MANUAL DE USUARIO SECCION 8 PAGINA 8-15</u></b>
2.3.1.2 Límite superior 3000mL <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-15</u></b>
2.3.2 Flujo Inspiratorio, (L/min) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u></b>
2.3.2.1 Límite inferior: 1 <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u></b>
2.3.2.2 Límite superior: 180. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u></b>
2.3.3 Presión inspiratoria (LÍMITE DE PRESION) (cmH2O) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u></b>
2.3.3.1 Límite inferior: 0 <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u></b>

**biossmann**

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
<b>VENTILADOR ADULTO · PEDIATRICO</b>		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>NEWPORT</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E11-2016</u>	MODELO:	<u>e360T</u>
PARTIDA:	<u>46</u>	CATÁLOGO	<u>CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO</u>
CANTIDAD:	<u>108</u>	FABRICANTE	<u>NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.</u>
HOJA 3 DE 16			

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.3.3.2 Límite superior: 60 o mayor.
2.3.4 Frecuencia respiratoria (rpm)
2.3.4.1 Límite inferior 1 o menor
2.3.4.2 Límite superior 80 o mayor.
2.3.5 Tiempo inspiratorio (s)
2.3.5.1 Límite inferior 0.3 o menor.
2.3.5.2 Límite superior 5 o mayor.
2.3.6 Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria.
2.3.7 Con opción a pausa espiratoria de 0 a 2 s o mayor

2.3.3.2 Límite superior: 80 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>
2.3.4 Frecuencia respiratoria (rpm) (F/min) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-13</u>
2.3.4.1 Límite inferior 1 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-13</u>
2.3.4.2 Límite superior 150 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 8-13</u>
2.3.5 Tiempo inspiratorio (s) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-14</u>
2.3.5.1 Límite inferior 0.1 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-14</u>
2.3.5.2 Límite superior 5 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-14</u>
2.3.6 Pausa inspiratoria. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-6</u>
2.3.7 Pausa espiratoria de 0 a 2 s <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-6, 4-12</u>





**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

HOJA 4 DE 16

2.3.8. FiO2 (%)
2.3.8.1 Límite inferior: 21.
2.3.8.2 Límite superior 100.
2.3.9 Con respiración manual.
2.3.10 PEEP/CPAP (cmH2O)
2.3.10.1 Límite inferior: 1 o menor.
2.3.10.2 Límite superior: 35 o mayor.
2.3.11 Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB (cmH2O)
2.3.11.1 Límite inferior: 0.

2.3.8. FiO2% <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.8.1 Límite inferior 21 (0.21) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.8.2 Límite superior 100 (1.0) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.9 Respiración manual.(INSUFLACIÓN MANUAL) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-8</u>
2.3.10 PEEP/CPAP (cmH2O) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.3.10.1 Límite inferior 0 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.3.10.2 Límite superior 45 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.3.11 Presión Soporte PSUPP (cmH2O) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>
2.3.11.1 Límite inferior 0 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de GuevarA  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

**ANEXOS**  
**biossmann**  
**CIÓN DE CONTRATOS**



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8: MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 5 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.3.11.2 Límite superior: 50 o mayor.
2.3.12 Salida para nebulizador o nebulizador sincrónico, ultrasónico o eléctrico.
2.3.13.- Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o presión.
2.3.14.- Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria.
2.3.15.- Bias flow, flujo base, continuo o CPAP
2.3.16.-Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión.
2.3.17.- 100% de O2 durante 2 minutos o mayor.
2.4.- Modos ventilatorios:

2.3.11.2 Límite superior 60 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>
2.3.12 Nebulizador eléctrico, que opera en línea con el ventilador tanto en Ventilación Invasiva y Ventilación No Invasiva o No catalogo AG-AP6000-US <u>CATALOGO 2 PAGINA 1 Y 2</u>
2.3.13.- Mecanismo de disparo o trigger por presión y por flujo. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-15</u>
2.3.14.- Umbral espiratorio (sensibilidad espiratoria) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-10</u>
2.3.15.- Flujo base. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-9</u>
2.3.16.-Incremento de la pendiente de presión. (PENDIENTE/CRECIMIENTO DE LA GANANCIA DE PRESURIZACIÓN) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-9</u>
2.3.17.- 100% de O2 durante 3 minutos <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-10</u>
2.4.- Modos ventilatorios: <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-1 Y 7-6</u>

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

<p align="center">Patriotismo D.F. Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06170 México, D.F. Tel. 01 55 5134 0270 ventas@casaplarre.com</p>	<p align="center">Cauhtémoc D.F. Av. Cauhtémoc No. 220-201 Col. Doctores, C.P. 06720 México, D.F. Tel. 01 55 5134 3730 ventas@casaplarre.com</p>	<p align="center">Monterrey Simón Bolívar No. 1554 Col. Mitras Centro C.P. 64460 Monterrey, N.L. Tel. 01 81 8346 1473 ventas_mty@casaplarre.com</p>	<p align="center">Guadalajara General Antonio León No. 434 Int. 13 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44650 Guadalajara, Jal. Tel. 01 33 3630 9781 ventas_gdl@casaplarre.com www.casaplarre.com</p>
--	--	---	--



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 6 DE 16			

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.4.1.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen
2.4.2.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión
2.4.3.- Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida.
2.4.4.- CPAP o Espontáneo con línea de base elevada.
2.4.5.- Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión.
2.4.6.- Ventilación No Invasiva.
2.5.- Parámetros monitorizados

2.4.1.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-6 Y PAGINA 7-8</u></b>
2.4.2.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-6 Y PAGINA 7-8</u></b>
2.4.3.- Presión Soporte (PS) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-4 Y PAGINA 7-5</u></b>
2.4.4.- Espontáneo con línea de base elevada. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-5</u></b>
2.4.5.- Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión (VENTILACION DE RESERVA). <b><u>MANUAL DEL FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-2 y PAGINA 5-8 ; SECCION 8 PAGINA 8-1</u></b>
2.4.6.- Ventilación No Invasiva. (VNI) SE PUEDE UTILIZAR EN CON CUALQUIER MODO DE VETILACIÓN. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-11</u></b>
2.5.- Parámetros monitorizados <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-1</u></b>

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitrás Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de GuevarA  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

**BIOSISTEMAS ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**



**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
<b>VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO</b>		

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE:	<b>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</b>	MARCA:	<b>NEWPORT</b>
LICITACIÓN:	<b>LA-019GYR040-E11-2016</b>	MODELO:	<b>e360T</b>
PARTIDA:	<b>46</b>	CATÁLOGO	<b>CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO</b>
CANTIDAD:	<b>108</b>	FABRICANTE	<b>NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.</b>
<b>HOJA 7 DE 16</b>			

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.5.1.- Presión inspiratoria pico o máxima.
2.5.2.- Presión media en vías aéreas.
2.5.3.- Presión de meseta o Plateau
2.5.4.- PEEP.
2.5.5.- Frecuencia respiratoria.
2.5.6.- Volumen minuto.
2.5.7.- Relación I:E.
2.5.8.- Volumen corriente exhalado.

2.5.1.- Presión inspiratoria máxima (PIM) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-14</u></b>
2.5.2.- Presión media en vías aéreas. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u></b>
2.5.3.- Presión de meseta <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u></b>
2.5.4.- PEEP. <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u></b>
2.5.5.- Frecuencia respiratoria total y espontanea (RESP./MIN) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-13</u></b>
2.5.6.- Volumen minuto exhalado (VME) y Volumen minuto inspirado (VMI) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-8 y PAGINA 5-13; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-9; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO INDICE PAGINA I-5</u></b>
2.5.7.- Relación I:E <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-6</u></b>
2.5.8.- Volumen corriente espiratorio (VTE) <b><u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-16</u></b>

**ANEXOS**

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
[www.casaplarre.com](http://www.casaplarre.com)



# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 8 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.5.9.- FiO2.
2.5.10.- Indicador de horas de uso.
2.5.11.- Indicador de batería de respaldo en uso
2.5.12.- Cálculo de distensibilidad o compliance.
2.5.13 - Cálculo de la resistencia
2.5.14.- Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultanea:
2.5.14.1 Volumen-Tiempo
2.5.14.2 Flujo-Tiempo
2.5.14.3 Presión -Tiempo

2.5.9.- FiO2 (MONITORIZADO) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5;</u>
2.5.10.- Indicador de horas de uso en pantalla <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-7</u>
2.5.11.- Indicador de batería de respaldo en uso. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-7</u>
2.5.12.- Cálculo de distensibilidad. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-3</u>
2.5.13 - Cálculo de la resistencia. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-21 Y SECCION 8 PAGINA 8-12 Y PAGINA 8-13.</u>
2.5.14.- Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultanea: <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-14 Y 4-16</u>
2.5.14.1 Volumen-Tiempo <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 4-16</u>
2.5.14.2 Flujo-Tiempo <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 4-16</u>
2.5.14.3 Presión -Tiempo <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 4-16</u>

biossmann

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### CRITERIOS DE "EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"

LICITACIÓN:	LA-0196YR040-E11-2016	FECHA:	25 DE JULIO DE 2016.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AV. DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A2, COL. HIPODROMO CONDESA, C.P. 06170, DEL. CUAUHTEMOC,		
R.F.C.	CPL-851230-512		
TELÉFONO Y FAX	(55) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRONICO	licitaciones@casaplarre.com		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DECLARACION ANUAL 2015	DOS SUCURSAL ES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONARA PREVIO AL MES 42	0083EM	2010	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA PARA CATERISMO CARDIACO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
					D250168	2012	UNIDAD RADIOLOGICA BASICA	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
					0320	2013	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C" AVANZADA	CARTA DE LA AFIANZA DORA	
					452000156	2014	UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE O MOVIL	REMISION, FACTURA 90001112 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	PARTIDA 9 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO.
					D55023BI	2015	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	

biossmann

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 PISO A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuahtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mifras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, NL  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

R.F.C.: CPL-851230-512

Bo.	Descripción de Actividad	Supervisión de Licitar	Personal o Prestador de Servicios	Formas de Pago	Clasificación de Materiales	Año de Compra	Año de Pago	Descripción del equipo adquirido en el Contrato	Cumplimiento de Contratos	Partidas que aplica
1						10B1030	2010	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
2						11B1079	2011	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
3	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA PARA PREVIO AL MES 42	12B10014	2012	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 41 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.
4						13B10069	2013	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
5						BIN450007	2014	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
6						4500018717/2015	2015	CARRO ROJO RODABLE PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA Y AVANZADA	FACTURA 90001231 Y ACTA DE ENTREGA	

R.F.C.: CPL-851230-512

**Guadalupe**  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalupe, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

**Monterrey**  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

**Patriotismo D.F.**  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com



Subsidiario		Capacidad del Licitar		Provincia y Especialidad		Categoría de Bienes		Partida que aplica		
1	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA ARA PREVIO AL MES 42	1081919	2010	ELECTROENCEFALOG RAFO 32 CANALES	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 43 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)
2						00012003-001-08	2011	ELECTROMIOGRAFO	REMISION	
3						D350087	2013	ELECTROENCEFALOG RAFO 32 CANALES	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
4						D45071BI	2014	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
5						B1201503	2015	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	

biostrmann

**Patroisismo D.F.**  
 Diagonal de patroisismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mifras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Tadrón de Guayra  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

**ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS**


R.F.C.: CPL-851230-512





No.	Categorías y Licitación				Especialidad y Especialidad			Cumplimiento de Contratos		Partes que acompañe
	Dependencia Administrativa	Modalidad de Contratación	Productos y/o Servicios	Objeto y Descripción de Necesidad	Objeto y Descripción de Necesidad	Año del Contrato	No. de Contrato	Descripción del contrato	Documentos que acompañan al contrato	
4							ORDEN A-584	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO	FACTURA 454	
5	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA ARA PREVIO AL MES 42	2013	CADPE-EM-LPE-015-2014-6	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO	FACTURA 1018 Y REMISION	PARTIDA 46 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO.
6						2014	15B10671	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	

ATENTAMENTE

  
**ALBERTO PAULINO BASURTO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

R.F.C.: CPL-851230-512

**Guadalupe**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalupe, Jal.  
 Tel. 01 33 36309781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**blossmann**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉXICO

Anexo No. 5  
 Partidas con PVR - Simultaneamiento Simultaneo.

PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-1507/RM-011-2016	FECHA:	25/07/2016
NUMERO DE RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	CASA PLARRÉ, S.A. DE C.V.		
DIRECCIÓN:	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PRD A2, COL. HIRÓCONDRO COMESA, DEL CUARTERÓN COMESA, CDMX DE MÉXICO, C.F. 09170		
R.F.C.:	CP1812082Z		
TELÉFONO:	(0155) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRÓNICO:	Marketing@casaplarre.com		

PROPUESTA ECONOMICA

Partida	PRB	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PVR SIN IVA	Porcentaje de Descuento (hubiera coincidir con el de la partida)	Descuento	Precio Unitario con Descuento e IVA	Importe Total ofertado e IVA	
9	00000000011615	150,341,041.05(0)	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANEJO	8	1,700,367.00	10.59%	704,680.81	5,995,307.12	47,964,056.56	
19	00000000012608	151,618,106.01(0)	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROANALOGICA (PARA GINECOLOGIA)	14	395,739.65	24.43%	124,829.40	365,210.25	5,192,143.30	
20	00000000012637	151,618,116.01(0)	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROLOGIA Y LAMPECTOMIA)	11	778,625.86	25.07%	182,375.05	546,250.81	6,093,739.30	
21	00000000012637	151,618,116.01(0)	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA)	5	979,480.82	34.05%	322,544.72	642,946.09	3,214,729.45	
25	00000000012178	151,595,022.01(0)	ELECTROENCEFALOGRAFIA DE 32 CANALES	6	350,115.24	3.04%	10,044.50	339,070.74	2,036,330.42	
30	00000000018381	151,632,052.03(0)	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CANALES CINCO CANALES	3	1,994,740.38	24.63%	465,284.04	1,529,456.34	4,696,339.00	
35	00000000018462	151,632,052.03(0)	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CANALES DOCE CANALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	1	4,090,238.00	26.77%	1,090,244.64	2,999,993.36	2,999,993.36	
37	00000000017469	151,663,024.00(0)	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CANALES CINCO CANALES	16	511,581.20	16.68%	155,254.40	416,017.99	6,654,287.78	
38	00000000017469	151,663,024.00(0)	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CANALES DOCE CANALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	78	646,033.34	21.29%	166,940.53	505,072.71	38,943,444.34	
40	00000000018822	151,662,058.00(0)	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CANALES CINCO CANALES	1	4,639,453.00	26.85%	1,236,060.42	3,299,892.58	3,299,892.58	
41	00000000018822	151,662,058.00(0)	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CANALES DOCE CANALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	26	60,079.21	18.59%	13,660.08	160,218.22	4,165,639.62	
50	00000000018600	151,616,040.02(0)	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA	17	171,742.41	21.00%	36,111.00	135,031.36	2,295,533.15	
									187	
									SUB-TOTAL	128,488,539.59
									16% I.V.A.	20,557,916.17
									TOTAL	149,046,455.75

IMPORTE TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100

NOTA: El precio que resulta después de aplicar el porcentaje de descuento ofertado al Precio Máximo de Referencia "Precio Unitario con Descuento" será el precio durante la vigencia del contrato.

LOS PRECIOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS SON VÁLIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ALBERTO PAULINO BASURTO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRÉ, S.A. DE C.V.

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

biossistemas

Plarré (México) S. de C.V.  
 Calle de los Hornos, 1000  
 Col. San Andrés Bata, CDMX, México, D.F.  
 C.P. 06700, México, D.F.  
 Teléfono: (55) 51 34 02 70  
 Fax: (55) 51 34 02 70  
 E-mail: info@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

parte

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA.  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-01/1987/04/E-11-2010 ELECTRÓNICA		FECHA:	23/07/2016
COMPRAS O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.			
DOMICILIO:	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIRÓDROMO CONDENA, DEL CUARTHAC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170			
R.F.C.:	CPL85129692			
TELÉFONO:	(0155) 51 34 02 70			
CORREO ELECTRÓNICO:	licitaciones@casaplarre.com			

Partida	Peso	SM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Prezo Unitario SMN	Importe Total SMN
43	0000000000011849	531.333.0317.01.01	ELECTROMÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)	12	429,900.00	5,148,480.00
47	0000000000016364	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.	5	1,755,000.00	8,775,000.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA: DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

SUB-TOTAL 13,923,480.00  
 18% I.V.A 2,277,488.00  
 TOTAL 16,149,288.00

ALBERTO PAULINO BASURTO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

ANEXO  
 DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONES  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA.  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Anexo No. 5A  
 Partidas con PMR - Con Abastecimiento Simultáneo

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-01937R040-E11-2016 ELECTRÓNICA  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: DIAGONAL DE PATROTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL CUAHUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170  
 R.F.C.: CPL851206E2  
 TELÉFONO: (0155) 51 34 02 70  
 CORREO ELECTRÓNICO: licitadores@casaplarre.com

### PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Fuente de Abastecimiento ofertada	Cantidad ofertada	PMR SINVA	Porcentaje de Descuento (debera coincidir con el de ComprasNet)	Descuento	Precio Unitario con Descuento SINVA	Importe Total ofertado SINVA
10	000000000011814	531,341,0499.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL)	72%_Primera Fuente	33	2,900,000.00	51.35%	1,489,150.00	1,410,850.00	46,559,050.00
11	000000000011623	531,341,2479.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL	79%_Primera Fuente	23	2,526,637.93	50.09%	1,465,450.00	1,061,187.93	24,407,322.40
17	000000000011943	531,562,1010.04.01	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE	71%_Primera Fuente	107	265,942.57	27.7%	80,422.15	205,520.42	21,896,884.74
31	000000000016398	531,619,0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES	69%_Primera Fuente	302	88,804.01	21.4%	19,066.22	69,737.79	21,060,942.29
46	000000000012193	531,941,0972.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO	79%_Primera Fuente	85	450,000.00	28.91%	130,095.00	319,905.00	27,191,923.00
SUB-TOTAL										141,208,794.43
TOTAL										163,802,201.54

Partida	Descripción	Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente
10	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL)	46	72%	28%	33	13
11	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	29	79%	21%	23	6
17	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE	151	71%	29%	107	44
31	MONITOR DE SIGNOS VITALES	435	69%	31%	302	133
46	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO	108	79%	21%	85	23

IMPORTE TOTAL EN LETRA: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 54/100

NOTA: El precio que resulte después de aplicar el porcentaje de descuento ofertado al Precio Máximo de Referencia "Precio Unitario con Descuento" será fijo durante la vigencia del contrato.

LOS PRECIOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ALBERTO PAULINO BASURTO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-	FECHA:	25/07/2016
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	0190YR040-E11-2016 ELECTRÓNICA CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO:	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170		
R.F.C.:	CPL85123052		
TELÉFONO:	(0155) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRÓNICO:	licitaciones@casaplarre.com		

Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Fuente de Abastecimiento ofertada	Cantidad ofertada	PMR SIVA	Porcentaje de Descuento (Deberá coincidir con el de CompraNet)	Descuento	Precio Unitario con Descuento SIVA	Importe Total ofertado SIVA
---------	------	-----	-------------	-----------------------------------	-------------------	----------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------------

**PROCESADORA DE DATOS**  
 PRACTICAR S.A. DE C.V.  
 Universidad de la Ciudad de México  
 C.P. 06700 Ciudad de México, D.F.  
 Tel. 01 55 53 14 3270  
 ventas@practicar.com

**COMERCIALIZADORA**  
 Comercio Exterior S.A. de C.V.  
 Calle Prolongación  
 C.P. 06600 Ciudad de México, D.F.  
 Tel. 01 55 53 14 3270  
 ventas@comex.com

**CONSEJO REGULADOR**  
 Consejo Regulador de la Industria de la Carne y el Pavo  
 C.P. 06600 Ciudad de México, D.F.  
 Tel. 01 55 53 14 3270  
 ventas@conreg.com

**CONSEJO REGULADOR**  
 Consejo Regulador de la Industria de la Carne y el Pavo  
 C.P. 06600 Ciudad de México, D.F.  
 Tel. 01 55 53 14 3270  
 ventas@conreg.com

brossmann

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero


16BI0359

### ANEXO 3

**“GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y  
FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO”, DIRECTORIO  
DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE  
CONTRATO”**

## ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 07 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	Código	Descripción	Quantidad	Unidad	UVA F HG	TOTAL	REGIÓN	Contenido	Porcentaje	Contenido	Contenido
					No. d (UCM)	(L.F.F.G)		Total			
1	11694	531.156.0089.03.01	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.				6	6			
2	11709	531.160.0026.03.01	UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA.				2	2			
3	11713	531.168.0069.02.01	Electrocardiografo multicanal con Interpretación.	1							
4	11759	531.291.0028.01.01	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MODULO INTEGRADO (CON COMPRESORA)			1	228	229	79%	181	78
5	11780	531.324.0201.03.01	ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.				277	277	79%	202	87
6	11782	531.325.0069.01.01	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLOGICA.				9	9			
7	11788	531.327.0257.01.01	SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.				2	2			
8	11790	531.328.0116.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIURGÍA (GINECOLÓGICA).				12	12			
9	11813	531.341.0481.05.01	UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL CON TELEMANDO.				42	42	171%	72	17
10	11814	531.341.0499.01.01	UNIDAD RADIOLÓGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).				8	8			
11	11823	531.341.2479.03.01	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL Y FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C.				45	45	73%	33	13
12	11830	531.341.2552.01.01	LASER QUIRÚRGICO NEODYMIUM-YAG.				9	9	258%	23	6
13	11838	531.350.0026.01.01	ESPIRÓMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO.				2	2			
14	11851	531.361.0171.01.01	FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO.				1	1			
15	11902	531.430.0061.01.01	Incubadora de bebedo.	1			5	5			
16	11928	531.497.0053.02.01	Lámpara quirúrgica doble.	6			12	13			
17	11943	531.562.1010.04.01	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED	1			7	89	120%	107	44
18	11947	531.562.1457.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA (PARA GINECOLOGÍA).	5			5	551	71%	391	171
19	12036	531.616.5108.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIURGIA Y LAMINECTOMÍA).				14	14			
20	12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA).				11	11			
21	12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA).				5	5			





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	Modelo	SM	Descripción	Cantidad Quedados	Cantidad Testeada	Unidad Medida (U.M.)	TOTAL EAO 2016 (E=+G)	RESERVA	Cantidad Total	En Forma	En Reserva	Cantidad Reservada	Cantidad Reservada
22	12050	531.626.0024.02.01	MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGÍA				3	3					
23	12056	531.626.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGÍA DE ALTA ESPECIALIDAD.				2	2					
24	12074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.				7	7					
25	12176	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.				6	6					
26	12229	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR VERTICAL.				12	12					
27	12293	533.622.0057.02.01	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO.				2	2					
28	16313	531.053.0356.05.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD				14	14					
29	16342	531.316.0094.03.01	VIDEODENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE.				10	10					
30	16361	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.				3	3					
31	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	12			18	417	435	69%	31%	302	133
32	16417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO.				9	9					
33	16418	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO AVANZADO.				15	15					
34	16434	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNETICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR.				2	2					
35	16452	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, DOCE CAMAS DE TRAUMA.				1	1					
36	17033	531.254.0049.04.01	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES, UNI				5	5					
37	17408	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA.				3	13	16				
38	17409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA.	5			5	74	79				
39	18655	531.941.1012.01.01	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL				4	4					
40	18802	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CATORCE CAMAS DE TRAUMA.				1	1					
41	18870	531.191.0417.00.01	CARRO ROLO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR.				26	26					
42	11787	534.327.0232.01.01	SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO.				7	7					



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Posición	Clave	Descripción	Cantidad Requerida	Quantum Requerido	UMAF IGO No. A (UGM)	TOTAL EXEJECUTIVO (E+I+G)	PROPÓSICIÓN	Cantidad Total	Porcentaje Formado	Porcentaje Formado	Cantidad Entregada	Cantidad Requerida
43	11803	531.333.0317.01.01 ELECTROMÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)					7	7				
44	11929	531.497.2083.02.01 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO.			6	6	93	93	65%		60	33
45	12188	531.941.0048.01.01 Ventilador neonatal para cuidados intensivos					19	25				
46	12193	531.941.0972.03.01 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO.					108	108	79%		85	23
47	16354	531.632.0554.05.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.					4	4				
48	16377	531.252.0033.02.01 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (SIN FOTOTERAPIA)	5				66	71	82%		58	13
49	16378	531.252.0033.02.01 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA)					69	69	78%		54	15
50	16400	531.619.0405.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.					14	14				
51	16414	531.941.0980.03.01 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO- NEONATAL	1				61	62				
			23	23		52	2,401	2,453			1,568	633

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

**SIN TEXTO**



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO																			
Clave	Código	Descripción	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	
1	11694	531.156.0069.03.01 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	389 Camas para terapia intensiva	90
2	11709	531.160.0026.03.01 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
3	11713	531.168.0068.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.		90
4	11759	531.291.0028.01.01 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESORA)	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	No Req.	2161 Unidad para tratamiento dental con escupidera	90
5	11780	531.324.0201.03.01 ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
6	11782	531.325.0068.01.01 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLÓGICA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
7	11788	531.327.0257.01.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
8	11790	531.328.0116.02.01 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (GINECOLÓGICA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.		90
9	11813	531.341.0481.05.01 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
10	11814	531.341.0499.01.01 UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
11	11823	531.341.2479.03.01 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
12	11830	531.341.2552.01.01 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
13	11838	531.350.0026.01.01 LASER QUIRURGICO NEODYMIUM-YAG.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
14	11851	531.361.0171.01.01 ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
15	11902	531.430.0061.01.01 FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
16	11928	531.497.0053.02.01 INCUBADORA DE TRASLADO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
17	11943	531.562.1010.04.01 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
18	11947	531.562.1457.01.01 LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	1223 Lámpara quirúrgica	90
															No Req.	No Req.	1224 Lámparas de choque	90	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

SOLICITUD DE INVERSIÓN  
 SOXENA

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida	FECA	SEA	DESCRIPCIÓN	Existencia	Requisitos	Operas	Vagos	Trabaja	Desembolsos (Miles de \$)	N. de días de vida útil	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos
19	12036	531.616.5108.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL (PARA ELECTROHIDRÁULICA (GINECOLOGÍA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1394 Meses, para cirugía						90
20	12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIURUGIA Y LAMINECTOMIA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1394 Meses, para cirugía						90
21	12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1410 Microscopios						90
22	12050	531.626.0024.02.01	MICROSCOPIO PARA NEUROCIURUGIA	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1410 Microscopios						90
23	12056	531.626.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIURUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	2173 Unidades de tratamiento para otonidiatrónica (sin equipar)						90
24	12074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.							90
25	12176	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.	426 Campanas, de aislamiento, con flujo de aire laminar						90
26	12229	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.	1410 Microscopios						90
27	12293	533.622.0067.02.01	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLOGICO BASICO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.							90
28	16313	531.653.0356.06.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.							90
29	16342	531.316.0094.03.01	VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.							90
30	16361	531.652.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.							90
31	16398	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.							90
32	16417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFIA INTERMEDIO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.							90
33	16418	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFIA AVANZADO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.							90
34	16434	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNETICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.							90





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO**

**REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO**

Partida	BOE	SQL	Requisito	Existencia	Indicador de Existencia	Grupos	Vigencia	Urgencia	Características de Inicialización	Nivel de Complejidad	Departamento Responsable	Presupuesto	Financiamiento	Valor de Inversión (M\$)
50	16400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.		90
51	16414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90

NIVEL DE CAPACITACIÓN		TIPO DE CAPACITACIÓN:
<b>NOMENCLATURA</b> <b>No Req</b>		<b>NO REQUERIDA:</b> Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
<b>F = FUNDAMENTAL</b>		Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
<b>I = INTERMEDIA.</b>		Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
<b>A = AVANZADA</b>		Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO  
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

Partida	Designación	Ubicación	Domicilio	Administrador	Cargo	FEEL	SAI	Descripción	Cantidad	Almacenamiento
31	EDO MEX ORIENTE	HGZ72 GUSTAVO BAZ TLAME, EDO MEX	Avenida Via Gustavo Baz No. S/N, Zona Industrial Centro Industrial Tlalnepantla C.P. 540300 Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	5	.
31	EDO MEX ORIENTE	HGOMF60 TLANEPANTLA, EDO MEX	Avenida José María Morelos No. 56, Fraccionamiento San Javier C.P. 54030 Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	5	.
36	EDO MEX ORIENTE	HGZ98 COACALCO, EDO MEX OTE	Boulevard Coacalco No. 81, Fraccionamiento Villa De Las Flores 1A Sección C.P. 55710 San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berartizabal, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	17033	531.254.0049.04.01	Tomografía computarizada multicortes de hasta 20 cortes, uni	1	.
38	EDO MEX ORIENTE	HGOMF60 TLANEPANTLA, EDO MEX OTE	Avenida José María Morelos No. 56, Fraccionamiento San Javier C.P. 54030 Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	17409	531.053.0372.00.01	Unidad de anestesia intermedia.	2	.
41	EDO MEX ORIENTE	HGZ71 CHALCO, EDO MEX OTE	Avenida Cuauhtémoc No. 26, Colonia Chalco De Diaz Covarrubias Centro C.P. 56600 Chalco de Diaz Covarrubias, Municipio de Chalco, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	18870	531.191.0417.00.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor.	1	.
41	EDO MEX ORIENTE	HGZ71 CHALCO, EDO MEX OTE	Avenida Cuauhtémoc No. 26, Colonia Chalco De Diaz Covarrubias Centro C.P. 56600 Chalco de Diaz Covarrubias, Municipio de Chalco, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	18870	531.191.0417.00.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor.	1	.
41	EDO MEX ORIENTE	HGZ33 LOS REYES LAPAZ, EDO MEX OTE	Callejón Mexico-Tuebla km 17.5 No. S/N, Colonia Los Reyes Acapulpan C.P. 56400 Los Reyes Acapulpan, Municipio de La Paz, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	18870	531.191.0417.00.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor.	1	.
41	EDO MEX ORIENTE	UMF188 TEPALCAPA, EDO MEX OTE	Avenida Molino De Las Flores No. S/N, Colonia Santa María Guadalupe Las Torres C.P. 54743 Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	18870	531.191.0417.00.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor.	1	.
41	EDO MEX ORIENTE	UMF81 JUCHITEPEC, EDO MEX OTE	Calle Garita No. S/N, Barrio Cuauhtzomongo C.P. 56860 Juchitepec de Mariano Riquelme, Municipio de Juchitepec, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	18870	531.191.0417.00.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor.	1	.
43	EDO MEX ORIENTE	HGZ197 TEXCOCO, EDO MEX OTE	Calle Benito Bustamante No. S/N, Colonia Niños Heroes C.P. 56160 Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Estado de México	Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional	11803	531.333.0317.01.01	Electromiógrafo de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	1	.



**SIN TEXTO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

Partida	Delimitación	Unidad Médica	Administrador	Grupo	FREI	SAI	Descripción	Cantidad	Abastecimiento
43	EDO MEX ORIENTE	HGR72 GUSTAVO BAZ TLANE, EMEJO	Avenida Via Gustavo Baz No. 5/N, Zona Industrial Centro Industrial Tlahnepanitla C.P. 54030 Tlahnepanitla, Municipio de Tlahnepanitla de Baz, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	11803	531.353.0517.01.01	Electromiógrafo de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	1	Simultáneo
44	EDO MEX ORIENTE	HGZ197 TEXCOCO, EDO MEX OTE	Calle Benito Bustamante No. 5/N, Colonia Niños Heroes C.P. 56160 Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	11929	531.497.2083.02.01	Incubadora para recién nacido.	1	*
44	EDO MEX ORIENTE	HGZMF76 XALOSTOC, EDO MEX OTE	Avenida Via José María Morelos Km 12.5 No. 5/N, Pueblo San Pedro Xalostoc C.P. 55310 Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	11929	531.497.2083.02.01	Incubadora para recién nacido.	2	*
44	EDO MEX ORIENTE	HGZ68 TULPETLAC, EDO MEX OTE	Avenida Via Morelos Km 19.5 No. 5/N, Pueblo Santa María Tulpetlac C.P. 55400 Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	11929	531.497.2083.02.01	Incubadora para recién nacido.	2	*
44	EDO MEX ORIENTE	HGR72 GUSTAVO BAZ TLANE, EMEJO	Avenida Via Gustavo Baz No. 5/N, Zona Industrial Centro Industrial Tlahnepanitla C.P. 54030 Tlahnepanitla, Municipio de Tlahnepanitla de Baz, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	11929	531.497.2083.02.01	Incubadora para recién nacido.	2	*
44	EDO MEX ORIENTE	HGZ197 TEXCOCO, EDO MEX OTE	Calle Benito Bustamante No. 5/N, Colonia Niños Heroes C.P. 56160 Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	11929	531.497.2083.02.01	Incubadora para recién nacido.	2	*
44	EDO MEX ORIENTE	HGZ71 CHALCO, EDO MEX OTE	Avenida Cuauhtémoc No. 25, Colonia Chalco De Díaz Covarrubias Centro C.P. 56600 Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	11929	531.497.2083.02.01	Incubadora para recién nacido.	1	*
46	EDO MEX ORIENTE	HGZMF76 XALOSTOC, EDO MEX OTE	Avenida Via José María Morelos Km 12.5 No. 5/N, Pueblo San Pedro Xalostoc C.P. 55310 Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador pediátrico.	2	*
46	EDO MEX ORIENTE	HGR196 ECATEPEC, EDO MEX OTE	Avenida Carlos Hank González No. 5/N, Fraccionamiento Nuevo Paseos De San Agustín 3A Sección C.P. 55130 Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador pediátrico.	5	*
48	EDO MEX ORIENTE	HGR72 GUSTAVO BAZ TLANE, EMEJO	Avenida Via Gustavo Baz No. 5/N, Zona Industrial Centro Industrial Tlahnepanitla C.P. 54030 Tlahnepanitla, Municipio de Tlahnepanitla de Baz, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	16377	531.252.0033.02.01	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (sin fototerapia)	3	*
48	EDO MEX ORIENTE	HGOMF60 TLANEPAINTLA, EDOMEXOTE	Avenida José María Morelos No. 56, Fraccionamiento San Javier C.P. 54030 Tlahnepanitla, Municipio de Tlahnepanitla de Baz, Estado de México	Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza	16377	531.252.0033.02.01	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (sin fototerapia)	3	*

**SIN TEXTO**