



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR040-E11-2016		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 26 TER, 27, 28, FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, FRACCIÓN I, 39 Y 46 DE LA LAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE ADJUDICACIÓN	DÍA 30	MES AGOSTO	AÑO 2016

VIGENCIA DEL CONTRATO					
DEL	DÍA 14	SEPTIEMBRE	AÑO 2016	HASTA	DÍA 31
					MES DICIEMBRE
					AÑO 2016
TIPO DE CONTRATO					
CERRADO (X)					
ABIERTO ()					
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN					
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE ACUERDO AL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI), MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).					

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		R.F.C.	CPL851230-512	REGISTRO PATRONAL	MISS	010-23766-10-7
DOMICILIO (Artículo 49 "BLAASSP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO						
TELÉFONO(S)	5134-0270 y 5134-3730						
ESCRITURA PÚBLICA:	FAX	FECHA ESCRITURA PÚBLICA:	IND	CORREO ELECTRÓNICO	CORREO ELECTRÓNICO		
NOTARÍA PÚBLICA	23.533 (CONSTITUTIVA) 105.842 (REFORMA)	58 DEL DISTRITO FEDERAL (CONSTITUTIVA) 188 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	8 DE ENERO DE 1955 (CONSTITUTIVA) 17 DE FEBRERO DE 1986 (REFORMA)	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ADOLFO MARTÍNEZ Y GÓMEZ DEL CAMPO (CONSTITUTIVA) LICENCIADO JUAN MANUEL ASPRÓN PELAYO (REFORMA)		
DE ACUERDO CON SUS ESTADUTOS SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLÓGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUOROSCOPÍA, ANGIOGRAFÍA, IMPRESORAS, CÁMERAS, CÁMARA DE MONITOREO Y CARROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACIÓN, (SEGUN ESCRITURA PÚBLICA 64,646 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2007, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1110 DEL DISTRITO FEDERAL.)						
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO	ESCRITURA PÚBLICA	85,624	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	4 DE FEBRERO DE 2014		
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	NOTARÍA PÚBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	43075*		
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	ATENDIENDO AL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN DIAS NATURALES, POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, INDICADO EN LOS "REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO" INTEGRADOS EN EL ANEXO 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO				
OBJETO DEL CONTRATO							
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 2 (DOS) Y 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.				IMPORTE SIN I.V.A. \$10,036,169.22 (DIEZ MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.)			
"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				"EL PROVEEDOR" CASA PLARRE, S.A. DE C.V.			
 LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES BAÑUELOS Apoderado Legal				 ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal			

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

Christopher Justice Olive Marks



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0362

ANEXO 1

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 06 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

PART 10
CASA PLARRE 2245
353 al 356 BS
358, 362, 364,
366 al 368, 370
375, 377, 380, 382



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 09638461293070875
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita la cancelación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No. 218/394 por un monto de \$80,736,000.00, asimismo la emisión del (OLI) por un monto de \$79,186,878.00; referente al presupuesto 2016, correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 45 unidades radiográficas, destinadas a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016
No.099001/6B3000/6B30/BMI/ 568 '1549

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016
Clave de cartera: 1550GYR0023
No. de solicitud: 47726
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K029
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763
Localización geográfica: Varias

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15090015
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.280616/158.P.DF
ACDO.AS3.HCT.040414/64.P.DF
Asignación presupuestaria: 1,948,078,955
Nombre del PPI: Equipo médico

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 45
Monto original con IVA: 79,186,878.00

Detalle No. OLI
218/394 Sustituido.

(setenta y nueve millones ciento ochenta y seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

ANEXOS

Atentamente,
El Coordinador

Jose David Méndez Santa Cruz

DIVISION DE CONTRATOS
18 AGO 2016
DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
16 AGO 2016
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA



2246
BIS



Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
s e n t e

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2016

de solicitud del área requirente: 095384612930/0875
Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita la cancelación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No. 218/394 por un monto de \$80,736,000.00, asimismo la emisión del (OLI) por un monto de \$79,186,878.00; referente al presupuesto 2016, correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 45 unidades radiográficas, destinadas a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016
No.099001/6B3000/6B30/BMI/ 568 11549

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no concuerden con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

En materia relativa a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.


Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Se precisa que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de reportar el seguimiento de los programas y proyectos de inversión a través de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Inversión, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas de temas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

En copia para:

- Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SIGGC)
- Francisco Mercado Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Regional Baja California Sur /1
- Rafael Eduardo Ayala Fariás.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Coahuila /1
- Ricardo Carrasco Reyes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Chiapas /1
- Victor Manuel Villa Hernández.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Chihuahua /1
- Angel Fajardo Torres.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Guerrero /1
- Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Jalisco /1
- Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Regional Estado de México Oriente /1
- Alejandro Abraham Montesinos Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Regional Estado de México Poniente /1
- Federico Javier Moctezuma Santamaria.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Oaxaca /1
- Rosalba Acerina Rivero Sabido.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Quintana Roo /1
- Claudia Margarita Rodríguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal San Luis Potosí /1
- Ricardo Nicolás Berrelleza Pacheco.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Sinaloa /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



2247
BLS



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0875
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita la cancelación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No. 218/394 por un monto de \$80,736,000.00, asimismo la emisión del (OLI) por un monto de \$79,186,878.00; referente al presupuesto 2016, correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 45 unidades radiográficas, destinadas a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016
No.099001/6B3000/6B30/BMI/ 568 / 154

- C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Sonora /1
- Lic. José Abdo Schekaiban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Regional Tamaulipas /1
- C.P. Gloria Losada García.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Regional Veracruz Norte /1
- C.P. Yaremi Elizabeth Ake Sustersick.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Estatal Yucatán /1
- C.P. Deciderio Silva Aguilera.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo León /1
- C.P. Juan Manuel Zavala Torres.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 25 Nuevo León /1
- LAP. Margarita Laura Cerón Linares.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Gral. Div. Manuel Avila Camacho Puebla /1
- C.P. Laura Guadalupe Bello García.- Encargada del Departamento de Finanzas en la UMAE HG CMN La Raza /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

* Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

DMSCI/ART/EP C/ APO/ JJC/P
[Handwritten signature]

**SIN
TEXTOS
SIN
TEXTOS**

SIN TEXTO



MEXICO

SENER

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
 No. de programa o proyecto PREI: 15090015
 Cuenta contable PREI: 13350109
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



OLI No.: 568/ 1545

Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de Clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GER	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URC	UI	Centro de Costo	Periodo Financ.	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121664	0000166576	4121	H. G. Z. C. H. F. N. 2	San Luis Potosí	25010001	200200	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121665	0000166582	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Monterrey, N.L.	20010001	201400	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121666	0000166588	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Puebla	22010001	211801	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121667	0000166593	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Monterrey, N.L.	20010006	201801	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121668	0000166592	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Benito Juárez	37010003	370101	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121669	0000166589	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Progreso	38040001	382201	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121670	0000166584	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Poza Rica	31070001	310201	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121671	0000166546	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	CD Madero	29080004	292411	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121672	0000166547	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Caliente. SON.	27050010	270501	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121673	0000166557	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	CD. Valles, S.L.P.	25050005	250408	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121674	0000166582	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Coahuila	24020002	240401	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121675	0000166581	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Oaxaca Oax.	21020001	210101	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121676	0000166586	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Jucapán de Juárez	02060010	160102	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121677	0000166581	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Coahuila	15060002	152419	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121678	0000166585	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Zampango	15030001	152441	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121679	0000166590	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Res. Los-La Paz.	15000001	151009	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121680	0000166590	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Clara Sta Mex	15460003	150102	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121681	0000166554	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	CD Juárez, Chih.	08100002	082420	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121682	0000166546	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Tampacula, Chis.	07020015	072404	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121683	0000166553	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Stano Carranza	07230001	072419	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121684	0000166521	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Apulco de Juárez	12020005	120501	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121685	0000166589	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Alcazarizalco	39641001	361601	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121686	0000166577	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Monterrey, N.L.	20010003	201401	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121687	0000166576	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Mérida	33010003	332401	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121688	0000166597	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Mérida	33010019	332405	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121689	0000166552	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Xalapa	31020001	310101	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121690	0000166520	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	CD Reynosa	29040001	290101	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121691	0000166544	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Guasave, Sin.	20040001	260201	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121692	0000166569	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Toluca Mex	16010003	160501	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121693	0000166543	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Alco, Edo de Mex	15000007	152422	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121694	0000166578	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Coahuila	15460005	150502	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121695	0000166542	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Coahuila	14460004	142457	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	
53101	Equipo médico y de laboratorio	12121696	0000166531	4121	M. H. G. Z. C. H. F. N. 2	Tonalá Jal.	14470001	142441	531-341	0499	01	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	201608	1	1,759,708.40	1,759,708.40	

2248
80

Equipamiento 2016
 antena SHCP : 1550GYR0023
 ud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015
 Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 568/

DIRECCION DE FINANZAS
 UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
 COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA



del programa o proyecto: Sustitucion de equipo medico en Unidades de los tres niveles de atencion en el IMSS 2016

Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millennium Presupuesto del Estado		PREI Millennium Control de Compromisos		Monto autorizado													
					Municipio	Ubicacion	UI	Centro de Costo	URG	URG	UI	Centro de Costo	Partido	No. de bienes	Precio Unidad con IVA	Importe Total con IVA						
por medicos y de laboratorio	12121651	0000166541	4121	M. U MED FAMILIAR NUM 34	GUADALAJARA JAL	14010036	142408	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121650	0000166589	4121	M. U MED FAMILIAR NUM 2	GUADALAJARA JAL	14010004	142402	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121649	0000166574	4121	M. H.G. 2. 46	GUADALAJARA JAL	14010092	140902	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121648	0000166573	4121	M. H.G.RAL ZONA NUM 89	GUADALAJARA JAL	14090001	140104	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121647	0000166581	4121	U.M.F. N° 44	CHIRIHUAHUA	08010008	082402	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121646	0000166540	4121	U.M.F. N° 33 Y U.M.A.Z. N° 69	CHIRIHUAHUA	08010001	082401	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121644	0000166572	4121	M. H.G.S.M.F. 15	TORRELA CHIS	07090021	070401	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121643	0000166550	4121	CONJUNTO MONCILOVA H.C.Z. N°7	MONCILOVA COAH	08170001	090204	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121642	0000166588	4121	H.G.Z. / M.F. N°1	LA PAZ B.C.S.	03010005	030201	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40
por medicos y de laboratorio	12121645	0000166539	4121	M. H.G.S.M.F. 10	HUXTLA, CHIS.	070402	070402	200200	531-341	0499	01	01	11814	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	099001	290000	2016A08	1	1,759,708	1,759,708.40

2249
 80

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,787,080.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 26 carros rojos, destinados a diversas Unidades Médicas.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 09900 1 6B3010/6BA2/BMI/ 286 / 470

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016
Clave de cartera: 1550GYR0023
No. de solicitud: 47726
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K029
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763
Localización geográfica: Varios

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15090015
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270419/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 1,804,409,105
Nombre del PPI: Equipo médico

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 26
Monto original con IVA: 5,787,080.00

(cinco millones setecientos ochenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2016

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 286 / 470

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,787,080.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 26 carros rojos, destinados a diversas Unidades Médicas.

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

- Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SIGGC)
- Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SIGGC)
- Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SIGGC)
- C.P. Víctor Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1
- Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1
- Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Poniente /1
- Act. Alejandro Abrahami Montesinos Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Poniente /1
- C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1
- Lic. Rosalba Acerina Rivero Sabido.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Quintana Roo /1
- C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1
- Lic. José Abdo Schekalban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tamaulipas /1
- C.P. Fernando Ochoa Rodríguez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Sur /1
- C.P. Evelia Montañez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Zacatecas /1
- C.P. Nidia Patricia Conde Góngora.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Ignacio García Téllez Yucatán /1
- C.P. Deciderio Silva Aguilera.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo León /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>
SIGGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN
OLI No.: 286/470

Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0023
No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015
Cuenta contable PREI : 13550109

Nombre del programa o proyecto :

Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millonum Presupuesto del Destino del SSM		SAI		PREI		PREI Millonum Central de Compras		No. de bienes	Presde Unidad con IVA	cifras en pesos						
						Municipio / Estado	Ubicación	Uf	Cuento de Costo	ESD	Dif	VAR	ID de Atalada				Descripción	URG	Ubicación	Uf	Centro de Costo	Período P/ral
53101	Equipo médico	12065490	0000165777	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 26	OCAMPO, GTO.	11220901	112426	200200	531-191	0417	00	01	18879	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065491	0000165778	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 1	GUADALAJARA JA	14010603	142401	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065492	0000165142	1651	M. H GRAL ZONA NUM 71	ALCO, EDO. DE M	16600001	160106	200300	531-191	0417	00	01	19870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065493	0000165143	1651	M. H GRAL ZONA NUM 71	ALCO, EDO. DE M	16600001	160104	200300	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065494	0000165779	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 188	ES LOS-LA PAZ,	14700001	150106	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065495	0000164634	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 188	UANUTILIAN IZAL	15300006	152410	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065496	0000164726	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 81	JUCHITPEC	15720001	152437	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065497	0000165147	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 63	AS ROMERO, EDC	16360001	162425	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065498	0000165148	1651	M. H GRAL ZONA NUM 7	CUALTILA, MOR.	18119001	180201	200300	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065499	0000165586	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 17	LUANO ZAPATA, M	18190001	182417	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065500	0000165587	1651	M. H TO NO. 21	MONTERREY, N.L	20010001	201401	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065501	0000165588	1651	H.G.R. N° 17	BENITO JUAREZ	24070001	240501	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065502	0000165589	1651	U.M.F. N° 13	BENITO JUAREZ	24070001	242425	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065503	0000165370	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 60	NAVJOJA, SON	27010001	272411	200300	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065504	0000165143	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 52	NAVJOJA, SON	27010001	272411	200300	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065505	0000166005	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 35	NAVJOJA, SON	27070001	272413	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065506	0000166006	1651	M. U MED FAMILIAR NUM 27	CAJEME	27240001	272428	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065507	0000164737	1651	M UNIO MED FAM No. 67	GUAYMAS	27140001	272444	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065508	0000164537	1651	M.H.G.Z 13	CIUDAD ORREGON	27080001	272460	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065509	0000164738	1651	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR	MATAFOROS	29180001	293103	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065510	0000164925	1651	M.H.G.M.TURABE ESPECIOLMED	CIUDAD MENDOZA	32650001	322440	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	3	667,740.00	667,740.00
53101	Equipo médico	12065511	0000164926	1651	M.H.G.M.F. 2	MERIDA	33010001	331031	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
53101	Equipo médico	12065512	0000164927	1651	M.H.G.M.F. 2	FRESNILLO	34030001	340101	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLEO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,590.00	222,590.00
TOTAL:																26	4,866,761	5,787,000.00				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0362

ANEXO 2

“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ANEXO 1.6 Y PROPUESTA ECONÓMICA”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 16 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01 FECHA IMP.: 22/07/2016 CLAVE PREI:00000000011814 HORA IMP.: 12:53 p.m.
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>SHIMADZU</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u> MODELO: <u>KONICA MINOLTA RADSPEED MF (FH-21HR) / AERO DR XE / CS-7 / OPAL-RAD CATALOGO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HOJA TECNICA 1, 2, 3 MANUAL 1, 2, 3, 4, 5</u> PARTIDA: <u>10</u> CATÁLOGO CANTIDAD: <u>46</u> FABRICANTE <u>SHIMADZU Co. KONICA MINOLTA INC.</u>
HOJA 1 DE 10

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Definición. 1.1. Equipo que permite realizar radiografías de tipo general y planigrafías.	1. Definición. 1.1. Equipo que permite realizar radiografías de tipo general <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID. DEM 63834 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES HOJA TECNICA 1, PAGINA 1</u>
2. Descripción 2.1. Generador de alta frecuencia.	2. Descripción 2.1. Generador de alta frecuencia. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINAS 1 Y 2</u>
2.1.1. Con capacidad de 50 kW o mayor.	2.1.1. Con capacidad de 50 kW. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>
2.1.2. Con 500 mA o mayor.	2.1.2. Con 630 mA. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>
2.1.3. 40 kV a 125 kV o mayor.	2.1.3. 40 kV a 150 kV. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>
2.1.4. Incrementos de voltaje de 2 kV o menor.	2.1.4. Incrementos (pasos) de voltaje de 1 kV. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>
2.1.5. Tiempo de exposición 1 milisegundo o menor a 3 segundos o mayor.	2.1.5. Tiempo de exposición 1 milisegundo a 10 segundos. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>
2.1.6. Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs.	2.1.6. Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINAS 3 Y 6</u>
2.2. Tubo de Rayos X:	2.2. Tubo de Rayos X: <u>HOJA TECNICA 2, PAGINA 1</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01 FECHA IMP.: 22/07/2016 CLAVE PREI:00000000011814 HORA IMP.: 12:53 p.m.
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>SHIMADZU</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u> MODELO: <u>KONICA MINOLTA</u> PARTIDA: <u>10</u> CATÁLOGO: <u>RADSPEED MF</u> CANTIDAD: <u>46</u> FABRICANTE: <u>(FH-21HR) / AERO</u> <u>DR XE / CS-7/</u> <u>OPAL-RAD</u> <u>CATALOGO 1, 2,</u> <u>3, 4, 5, 6, 7</u> <u>HOJA TECNICA 1,</u> <u>2, 3</u> <u>MANUAL 1, 2, 3, 4,</u> <u>5</u> <u>SHIMADZU Co.</u> <u>KONICA MINOLTA</u> <u>INC.</u>
HOJA 2 DE 10

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.2.1. Foco fino de 0.6 mm o menor.	2.2.1. Foco fino de 0.6 mm. <u>HOJA TECNICA 2, PAGINAS 1 Y 2</u>
2.2.2. Foco grueso de 1.2 mm o menor.	2.2.2. Foco grueso de 1.2 mm. <u>HOJA TECNICA 2, PAGINAS 1 Y 2</u>
2.2.3. Ánodo rotatorio con velocidad de 3000 RPM o mayor.	2.2.3. Ánodo rotatorio con velocidad de 3200 RPM. <u>HOJA TECNICA 2, PAGINA 2</u>
2.2.4. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 150 KHU o mayor	2.2.4. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 200 KHU. <u>HOJA TECNICA 2, PAGINA 2</u>
2.3. Columna portatubos:	2.3. Columna portatubos: <u>CATALOGO 1, PAGINA 1</u>
2.3.1. Soporte a piso o techo o piso-techo o integrado a la mesa o piso-pared.	2.3.1. Soporte a piso-pared. <u>CATALOGO 1, PAGINA 2</u>
2.3.2. Con desplazamiento longitudinal de 120 cm o mayor.	2.3.2. Con desplazamiento longitudinal de 250 cm (2500 mm) <u>CATALOGO 1, PAGINA 2.</u>
2.3.3. Angulación del tubo +-90°.	2.3.3. Rotación del tubo ± 180° en el eje horizontal. <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA REPREGUNTA CON NUMERO CONSECUTIVO 64, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CATALOGO 1, PAGINA 2</u>
2.3.4. Con frenos electromagnéticos.	2.3.4. Con frenos electromagnéticos. <u>CATALOGO 1, PAGINA 2</u>
2.4. - Dos detectores, uno fijo a la mesa o al bucky de mesa y el otro detector fijo al bucky	2.4. - Dos detectores, uno fijo a la mesa o al bucky de mesa y el otro detector fijo al bucky de pared (Marca Konica Minolta, Modelo AeroDR 14X17 XE).

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara A
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01 FECHA IMP.: 22/07/2016 CLAVE PREI:00000000011814 HORA IMP.: 12:53 p.m.
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>SHIMADZU</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u> MODELO: <u>KONICA MINOLTA RADSPEED MF (FH-21HR) / AERO DR XE / CS-7/ OPAL-RAD</u> PARTIDA: <u>10</u> CATÁLOGO: <u>CATALOGO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HOJA TECNICA 1, 2, 3 MANUAL 1, 2, 3, 4, 5</u> CANTIDAD: <u>46</u> FABRICANTE: <u>SHIMADZU Co. KONICA MINOLTA INC.</u>
HOJA 3 DE 10

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

de pared (Incluir de cada uno Marca y Modelo).	<u>SEGÚN PRECISION 19 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y SEGÚN RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID. DEM 63837 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.4.1. Adquisición o profundidad de imagen de 12 bits o mayor o conversión analógica-digital de 14 bits o mayor.	2.4.1. Conversión A/D de 16 bits. <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID. DEM 63838, HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.4.2. Matriz de 2000 x 2000 pixeles o mayor.	2.4.2. Matriz de 1994 x 2430 pixeles. <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID. DEM 63840 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.4.3. De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o ioduro de cesio.	2.4.3. De Ioduro de Cesio y fotosensor de silicón amorfo (a-Si) <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1 MANUAL 5, PAGINA 2-3</u>
2.4.4. Tamaño de 35 cm x 43 cm (14" x 17") o 40 cm x 40 cm o mayor (15.7" o mayor x 15.7" o mayor).	2.4.4. Tamaño de 14" x 17" (35 cm x 43 cm) <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.4.5. Tamaño del pixel de 200 micrones o menor.	2.4.5. Tamaño del pixel de 175 micrones. <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.4.6. DQE de 50% o 3.1 lp/mm o mayor.	2.4.6. DQE de 66%. <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitrás Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 834 61473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Cueva
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01 FECHA IMP.: 22/07/2016 CLAVE PREI:00000000011814 HORA IMP.: 12:53 p.m.
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>SHIMADZU</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u> MODELO: <u>KONICA MINOLTA</u> PARTIDA: <u>10</u> CATÁLOGO: <u>RADSPEED MF</u> CANTIDAD: <u>46</u> FABRICANTE: <u>(FH-21HR) / AERO</u> <u>DR XE / CS-7 /</u> <u>OPAL-RAD</u> <u>CATALOGO 1, 2,</u> <u>3, 4, 5, 6, 7</u> <u>HOJA TECNICA 1,</u> <u>2, 3</u> <u>MANUAL 1, 2, 3, 4,</u> <u>5</u> <u>SHIMADZU Co.</u> <u>KONICA MINOLTA</u> <u>INC.</u>
HOJA 4 DE 10

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.5. Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-20 cm o mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm o mayor.	2.5. Tablero de la mesa con recorrido longitudinal de 110 cm (± 55 cm (550 mm)) y recorrido lateral (transversal) ± 12.5 cm (125 mm). <u>MANUAL 1, PAGINA 3, CATALOGO 2, PAGINA 2</u>
2.6. Con altura ajustable de 60 cm o menor a 80 cm o mayor.	2.6. Con altura ajustable de 53.5 cm (535mm) a 85 cm (850mm). <u>CATALOGO 2, PAGINA 1 y 2</u>
2.7. Portadetector para la mesa	2.7. Portadetector para la mesa <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA REPREGUNTA CON NUMERO CONSECUTIVO 65 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES</u> <u>CATALOGO 2, PAGINA 1 Y 2</u>
2.8. Portadetector para pared o vertical.	2.8. Portadetector para pared o vertical. <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA REPREGUNTA CON NUMERO CONSECUTIVO 68 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES</u> <u>CATALOGO 3, PAGINA 1</u>
2.9. Control automático de exposición	2.9. Control automático de exposición <u>CATALOGO 2, PAGINA 2; CATALOGO 3, PAGINA 2</u>
2.10. Con soporte de peso del paciente de 180 Kg o mayor.	2.10. Con soporte de peso del paciente de 200 Kg. <u>CATALOGO 2, PAGINA 2</u>
2.11. Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 80 o mayor.	2.11. Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 245. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitrás Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara A
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01 FECHA IMP.: 22/07/2016 CLAVE PREI:00000000011814 HORA IMP.: 12:53 p.m.
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>SHIMADZU</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u> MODELO: <u>KONICA MINOLTA RADSPEED MF (FH-21HR) / AERO DR XE / CS-7/ OPAL-RAD CATALOGO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HOJA TECNICA 1, 2, 3 MANUAL 1, 2, 3, 4, 5</u>
PARTIDA: <u>10</u> CATÁLOGO: <u>3, 4, 5, 6, 7</u> CANTIDAD: <u>46</u> FABRICANTE: <u>SHIMADZU Co. KONICA MINOLTA INC.</u>

HOJA 5 DE 10

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.12.Estación de adquisición (Inclui en la oferta Marca y Modelo de la estación)	2.12.Estación de adquisición (Marca Konica Minolta, Modelo CS-7) <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1, MANUAL 2, PORTADA</u>
2.12.1. Con pantalla LCD o TFT de 17" o mayor y resolución de 1 k x 1 k o mayor.	2.12.1. Pantalla touch LCD de 23" y resolución de 1920 x 1080. <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.2. Capacidad de almacenamiento de 5,000 imágenes o mayor o 80 Gb o mayor.	2.12.2. Capacidad de almacenamiento con disco duro de 250 GB. <u>MANUAL 2, PAGINA 405</u>
2.12.3. Unidad grabadora de CD y/o DVD	2.12.3. Unidad grabadora de CD/DVD <u>MANUAL 2, PAGINA 405</u>
2.12.3.1. Software para almacenar estudios, incluyendo visor y grabador de imágenes DICOM.	2.12.3.1. Software para almacenar estudios, incluyendo visor y grabador de imágenes DICOM. <u>MANUAL 2, PAGINA 10, 273, 276</u>
2.12.4. Interfaz de red Ethernet 100/1000 Base T	2.12.4. Interfaz de red Ethernet 100base-TX/1000base-T <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID. DEM 63850 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES</u> <u>MANUAL 2, PAGINA 405</u>
2.12.5. Estándar de comunicación DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso irrestricto:	2.12.5. Estándar de comunicación DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso irrestricto (habilitación sin restricciones de uso de las funciones DICOM): <u>HOJA TÉCNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.5.1. DICOM Verification	2.12.5.1. DICOM Verification

biossmanni

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01 FECHA IMP.: 22/07/2016 CLAVE PREI:00000000011814 HORA IMP.: 12:53 p.m.
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>SHIMADZU</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u> MODELO: <u>KONICA MINOLTA</u> PARTIDA: <u>10</u> CATÁLOGO: <u>RADSPEED MF</u> CANTIDAD: <u>46</u> FABRICANTE: <u>(FH-21HR) / AERO</u> <u>DR XE / CS-7 /</u> <u>OPAL-RAD</u> <u>CATALOGO 1, 2,</u> <u>3, 4, 5, 6, 7</u> <u>HOJA TECNICA 1,</u> <u>2, 3</u> <u>MANUAL 1, 2, 3, 4,</u> <u>5</u> <u>SHIMADZU Co.</u> <u>KONICA MINOLTA</u> <u>INC.</u>
HOJA 6 DE 10

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

	<u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.5.2. DICOM Storage.	2.12.5.2. DICOM Storage <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.5.3. DICOM Storage Commitment.	2.12.5.3. DICOM Storage Commitment <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.5.4. DICOM Query/Retrive.	2.12.5.4. DICOM Query/Retrive. <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.5.5. DICOM Print Management	2.12.5.5. DICOM Print Management <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.5.6. DICOM Media Storage	2.12.5.6. DICOM Media Storage <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.5.7. DICOM Worklist	2.12.5.7. DICOM Worklist <u>HOJA TECNICA 3, PAGINA 1</u>
2.12.6. Composición de imágenes panorámicas (Stiching o huesos largos).	2.12.6. Composición de imágenes panorámicas (Stiching o huesos largos). <u>MANUAL 2, PAGINA 240</u>
3. Accesorios	3. Accesorios
3.1. Soporte para toma lateral en la mesa para el caso de un detector inalámbrico o portátil y banda de compresión.	3.1. Soporte para toma lateral en la mesa para el caso de un detector inalámbrico o portátil y banda de compresión. <u>CATALOGO 2, PAGINA 2</u>
3.2. Estación o consola de trabajo o post proceso: (Incluir Marca y Modelo dela estación)	3.2. Estación o consola de trabajo o post proceso: (Marca: Viztek (Ahora Konica Minolta), Modelo: OPAL-RAD) <u>CATALOGO 4, PAGINA 1 Y 2, CATALOGO 5, PAGINA 1</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01 FECHA IMP.: 22/07/2016 CLAVE PREI: 00000000011814 HORA IMP.: 12:53 p.m.	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL
--	--

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA: <u>SHIMADZU</u>	MODELO: <u>KONICA MINOLTA RADSPEED MF (FH-21HR) / AERO DR XE / GS-7 / OPAL-RAD</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u>	MODELO: <u>CATALOGO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</u>	HOJA TECNICA <u>1, 2, 3</u>
PARTIDA: <u>10</u>	CANTIDAD: <u>46</u>	FABRICANTE: <u>SHIMADZU Co. KONICA MINOLTA INC.</u>
HOJA 7 DE 10		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.2.1. Programas para procesamiento de imágenes.	3.2.1. Programas para procesamiento de imágenes (Inversión, magnificación, niveles de ajuste de brillo y contraste, realce de bordes). <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID. DEM 63854 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES MANUAL 3, PAGINA 68, 72, 76, 77, 195</u>
3.2.2. Pantalla LCD o TFT, de 18 pulgadas o mayor, resolución de 1280 x 1024 pixeles	3.2.2. Pantalla LCD de 20 pulgadas, resolución de 1600 x 1200 pixeles <u>CATALOGO 4, PAGINA 2</u>
3.2.3. Unidad grabadora de CD y/o DVD compatibles con DICOM.	3.2.3. Unidad grabadora de CD compatibles con DICOM. <u>MANUAL 3, PAGINA 8, 119, CATALOGO 4, PAGINA 1</u>
3.2.4. Capacidad de almacenamiento en disco duro interno de 5000 imágenes sin comprimir.	3.2.4. Capacidad de almacenamiento de 1 TB. <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID. DEM 63856 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CATALOGO 4, PAGINA 2</u>
3.2.5. Software para para almacenar estudios, incluyendo visor y grabador de imágenes DICOM.	3.2.5. Software para para almacenar estudios, incluyendo visor y grabador de imágenes DICOM. <u>CATALOGO 4, PAGINA 1, 2</u>
3.2.6. Interfaz de red Ethernet 100 base T /Ethernet 1000 Base T.	3.2.6. Interfaz de red Ethernet 10/100/1000. Mb/s (Base T) <u>CATALOGO 7, PAGINA 54</u>
3.2.7. Estándar de comunicación DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso irrestricto:	3.2.7. Estándar de comunicación DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso irrestricto (habilitación sin restricciones de uso de las funciones DICOM): <u>MANUAL 4, PORTADA, PAGINA 3</u>
3.2.7.1. DICOM Verification	3.2.7.1. DICOM Verification

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01	FECHA IMP.: 22/07/2016
CLAVE PREI:00000000011814	HORA IMP.: 12:53 p.m.
<p>UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL</p>	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	SHIMADZU KONICA MINOLTA
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	RADSPEED MF (FH-21HR) / AERO DR XE / CS-7 / OPAL-RAD
PARTIDA:	10	CATÁLOGO	CATALOGO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HOJA TECNICA 1, 2, 3 MANUAL 1, 2, 3, 4, 5
CANTIDAD:	46	FABRICANTE	SHIMADZU Co. KONICA MINOLTA INC.

HOJA 8 DE 10

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

	<u>MANUAL 4, PORTADA, PAGINA 11</u>
3.2.7.2. DICOM Storage Commitment.	3.2.7.2. DICOM Storage Commitment. <u>MANUAL 4, PORTADA, PAGINA 8</u>
3.2.7.3. DICOM Storage.	3.2.7.3. DICOM Storage. <u>MANUAL 4, PORTADA, PAGINA 11</u>
3.2.7.4. DICOM Query/Retrive.	3.2.7.4. DICOM Query/Retrive. <u>MANUAL 4, PORTADA, PAGINA 11</u>
3.2.7.5. DICOM Print Management	3.2.7.5. DICOM Print Management <u>MANUAL 4, PORTADA, PAGINA 12</u>
3.2.7.6. DICOM Media Storage	3.2.7.6. DICOM Media Storage <u>MANUAL 4, PORTADA, PAGINA 12</u>
3.2.7.7. DICOM Worklist	3.2.7.7. DICOM Worklist <u>MANUAL 4, PORTADA, PAGINA 5; CATALOGO 5, PAGINA 2, 4</u>
4. Consumibles	4. Consumibles
4.1. CD 100 piezas y/o 100 DVD	4.1. 100 DVD <u>CATALOGO 6, PORTADA</u>
5. Refacciones	5. Refacciones
5.1. Según marca y modelo.	5.1. Según marca y modelo.
6. Instalación	6. Instalación
6.1. La que maneje la Unidad y 60 Hz	6.1. La que maneja la Unidad y 60 Hz <u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 5</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Cuevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01 FECHA IMP.: 22/07/2016 CLAVE PREI:00000000011814 HORA IMP.: 12:53 p.m.
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>SHIMADZU</u> LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u> MODELO: <u>KONICA MINOLTA RADSPED MF (FH-21HR) / AERO DR XE / CS-7 / OPAL-RAD</u> PARTIDA: <u>10</u> CATÁLOGO <u>CATALOGO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HOJA TECNICA 1, 2, 3 MANUAL 1, 2, 3, 4, 5</u> CANTIDAD: <u>46</u> FABRICANTE <u>SHIMADZU Co. KONICA MINOLTA INC.</u>
HOJA 9 DE 10

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

6.2. Levantamiento de niveles de radiación y cálculo de memoria analítica, realizado por asesores especializados en seguridad radiológica autorizados.	6.2. Levantamiento de niveles de radiación y cálculo de memoria analítica, realizado por asesores especializados en seguridad radiológica autorizados.
6.3. Adecuaciones mínimas para dar cumplimiento a la NOM 229-SSA1-2002	6.3. Adecuaciones mínimas para dar cumplimiento a la NOM 229-SSA1-2002
7. Operación	7. Operación.
7.1. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	7.1. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
8. Mantenimiento	8. Mantenimiento
8.1. Preventivo.	8.1. Preventivo.
8.2. Correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.	8.2. Correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
9. Normas-Estándares vigentes:	9. Normas-Estándares vigentes:
9.1 Para bienes nacionales e internacionales:	9.1 Para bienes nacionales e internacionales:
9.1.1. Registro Sanitario.	9.1.1. Registro Sanitario.
9.1.2. Certificado ISO 9001 :2008 o ISO 13485 o TÜV	9.1.2. Certificado ISO 9001 :2008 e ISO 13485
9.2. Para bienes nacionales:	9.2. Para bienes nacionales:
9.2.1. Certificado de Buenas Practicas de Fabricación.	9.2.1. Certificado de Buenas Practicas de Fabricación. <u>NO APLICA</u>
9.3. Para bienes Internacionales:	9.3. Para bienes Internacionales:



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condasa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01	FECHA IMP.: 22/07/2016
CLAVE PREI:00000000011814	HORA IMP.: 12:53 p.m.
<p>UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL</p>	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA: <u>SHIMADZU KONICA MINOLTA</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E11-2016</u>	MODELO: <u>RADSPEED MF (FH-21HR) / AERO DR XE / CS-7 / OPAL-RAD</u>
PARTIDA: <u>10</u>	CATÁLOGO: <u>CATALOGO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HOJA TECNICA 1, 2, 3 MANUAL 1, 2, 3, 4, 5</u>
CANTIDAD: <u>46</u>	FABRICANTE: <u>SHIMADZU Co. KONICA MINOLTA INC.</u>
	HOJA 10 DE 10

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

9.3.1. Certificados FDA o Health Canadá o CE o JIS o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen	9.3.1. Certificados FDA y CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.
---	--



**ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar.
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.1.1. Carro de emergencia (incluir marca y modelo)
2.1.1.1. De material plástico o polímero de alto impacto.
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 78 cm y 97 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm. altura entre 90 cm y 100 cm.
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción.
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.5 cm de diámetro como mínimo.
2.1.1.5. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar. <u>FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2</u>
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico. <u>FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2 Y 1-3</u>
2.1.1. Carro de emergencia (CAPSA SOLUTIONS/AVALO) <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.1. De material plástico de alto impacto. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.2. Dimensiones: longitud 79 cm, ancho 60 cm. altura 90 cm. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.7 cm de diámetro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.5. Con sistema de frenado en dos ruedas. <u>FOLLETO 1</u>

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara A
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXOS
BIOSIGILLADO

VISION DE CONTRATOS



ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 2 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor.
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro.
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición.
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones.
2.1.1.8. Con cuatro cajones como mínimo.
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo.
2.1.1.9. Sistema de seguridad.
2.1.1.9.1. Cerradora general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
2.1.1.10. Con poste portavenocclisis ajustable e integrado.

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8. Con cinco cajones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9. Sistema de seguridad. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9.1. Cerradora general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.10. Con poste portavenocclisis ajustable e integrado. <u>FOLLETO 1</u>

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E11-2016</u>	MODELO:	<u>TEC-5621 / AVALO</u>
PARTIDA:	<u>41</u>	CATÁLOGO	<u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD:	<u>26</u>	FABRICANTE	<u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (referir marca y modelo).
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor.
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente o semitransparente, libre de latex.
2.1.2.3. Autoinflable.
2.1.2.4. Tamaño adulto:
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1500 ml, como mínimo.
2.1.2.5. Tamaño pediátrico.
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600ml.

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (MERLIN MEDICAL / W44525, W4454, W4456). <u>CATALOGO 1 PÁG. 2, 6</u>
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor. <u>MANUAL 1 PÁG. 2, 3 Y 4</u>
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente libre de latex. <u>CATALOGO 1 PÁG. 3 Y 4</u>
2.1.2.3. Autoinflable. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.4. Tamaño adulto: <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1850 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.5. Tamaño pediátrico (NIÑO). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 585 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 4 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.2.6. Tamaño neonatal.
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320ml, como máximo.
2.1.2.7. Mascarillas reusables.
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria.
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O.
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario.
2.1.3. Equipo de intubación oro-traqueal (referir marca y modelo).
2.1.3.1. Mango.

2.1.2.6. Tamaño neonatal (INFANTE). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.7. Mascarillas reusables. <u>CATALOGO 1 PÁG. 2 Y 4</u>
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 4</u>
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.3. Equipo de intubación oro-traqueal (Laringoscopia) (KAWE / F.O. LED). <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.1. Mango. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 5 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión.
2.1.3.1.2. Acabado acanalado o rugoso.
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas.
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
2.1.3.3. Iluminación xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio.
2.1.3.4.1. De acero inoxidable.
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas.

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>
2.1.3.1.2. Acabado rugoso (estriado). <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u>
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4 y 7</u>
2.1.3.3. Iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u>
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio. <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.4.1. De acero inoxidable. <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4. <u>CATALOGO 2 PÁG. 6</u>
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4. <u>CATALOGO 2 PÁG. 5</u>
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas. <u>CATALOGO 2 PÁG. 7</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
Av. Cuahtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 6 DE 12

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
2.1.5. Desfibrilador.
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 200 Joules.
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga.
2.1.5.5. Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.5. Desfibrilador. <u>MANUAL 2 PORTADA</u>
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-2</u>
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica de 270 Joules. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-3, 1-4, 2-2 Y 15-11</u>
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo de 40 segundos. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-4 Y 6-2-8</u>
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga (Descarga interna). <u>MANUAL 2 PÁG. 1-4 , 12-6 12-12 , 12-13 , 12-14 Y 15-9</u>
2.1.5.5. Tiempo de carga de 5 segundos para máxima energía. <u>MANUAL 2 PÁG.1-4</u>
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). <u>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 2-5</u>

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO: TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 7 DE 12

2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.
2.1.6. Monitor.
2.1.6.1. Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
2.1.6.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
2.1.6.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
2.1.6.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).
2.1.7. Palas
2.1.7.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
2.1.7.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.

2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa. <u>MANUAL 2 PÁG. 6-0-2</u>
2.1.6. Monitor. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3</u>
2.1.6.1. Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-3</u>
2.1.6.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). <u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-4 Y 8-1-13</u>
2.1.6.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-5 Y 8-3-9</u>
2.1.6.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias). <u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3 , 10-1-22 Y 11-9</u>
2.1.7. Palas <u>MANUAL 2 PÁG. 2-7</u>
2.1.7.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. <u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-5 Y 8-1-18</u>
2.1.7.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</u>



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 8 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.7.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
2.1.7.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.
2.1.8. Alarmas audibles y visibles.
2.1.8.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.
2.1.8.2. De desconexión del paciente.
2.1.8.3. Del nivel de carga de la batería.
2.1.9. Sistema de registro.
2.1.9.1. Impresión integrada.
2.1.9.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
2.1.9.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
2.1.9.4. Un canal como mínimo.

2.1.7.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</u>
2.1.7.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-6, 6-0-3 Y 6-2-11</u>
2.1.8. Alarmas audibles y visibles. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2</u>
2.1.8.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-8 , 9-6 Y 9-12</u>
2.1.8.2. De desconexión del paciente. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 15-3</u>
2.1.8.3. Del nivel de carga de la batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-9</u>
2.1.9. Sistema de registro. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.9.1. Impresión integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-6</u>
2.1.9.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.9.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.9.4. Un canal. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
Av. Cuahtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara A
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 9 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.10. SpO2.
2.1.10.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
2.1.10.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.
2.1.11. Batería.
2.1.11.1. Recargable e integrada.
2.1.11.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
2.1.11.3. Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo, como mínimo.
2.1.11.4. Tiempo de carga máximo 4.5 horas.
2.1.12 Presión no invasiva:
2.1.12.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.

2.1.10. SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-2</u>
2.1.10.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-7</u>
2.1.10.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 8-3-8</u>
2.1.11. Batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u>
2.1.11.1. Recargable e integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 4-2</u>
2.1.11.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u>
2.1.11.3. Que permita dar 100 desfibrilaciones a carga máxima o 180 minutos de monitoreo continuo. <u>MANUAL 2 PÁG.15-20</u>
2.1.11.4. Tiempo de carga de 3 horas. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-8</u>
2.1.12 Presión no invasiva: <u>MANUAL 3 PÁG. 1-2</u>
2.1.12.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-2</u>

brossmanni

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
Av. Cuahtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 10 DE 12

2.1.12.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.
2.1.12.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio.
3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (incluir marca y modelo).
3.3. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (al menos 100 piezas).

2.1.12.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 ; MANUAL 3 PÁG. 2-23</u>
2.1.12.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-18</u>
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-4</u>
3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (NIHON KOHDEN / JC-865V). <u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-7</u>
3.3. Cable de paciente de 6 puntas . <u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-8</u>
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-6</u>
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (100 piezas). <u>CATALOGO 3 PÁG. 22</u>

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	00000000018870	HORA IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO 		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 11 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

4.2. Electrodo autoadherible trascutáneo para desfibrilación tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (referir marca y modelo).
4.3. Pasta conductora al menos dos tubos.
4.4. Papel para impresión al menos dos rollos.
4.5. Al menos una bolsa con 100 sellos de garantía.
4.6 Al menos dos focos para laringoscopio.
5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%.
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estándares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.

4.2. Electrodo autoadherible trascutáneo para desfibrilación tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica 10 piezas (NIHON KHODEN / H327). CATALOGO 3 PÁG. 20
4.3. Pasta conductora dos tubos. CATALOGO 3 PÁG. 20
4.4. Papel para impresión dos rollos. MANUAL 2 PÁG. i
4.5. Una bolsa con 100 sellos de garantía. FOLLETO 1
4.6 Dos focos para laringoscopio. CATALOGO 2 PÁG. 4
5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%. MANUAL 2 PÁG. 15-20
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estándares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1 ; MANUAL 1 , 2 Y 3 ; CATALOGO 1 , 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS


DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 12 DE 12

7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

ATENTAMENTE


ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

biossmanni

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de GuevarA
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

CRITERIOS DE "EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"

ANEXO 1.6 DIVISION DE CONTRATOS

LICITACION:	LA-019GVR040-E11-2016	FECHA:	25 DE JULIO DE 2016.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AV. DIAGONAL DE PATRIOTISMO No. 1 PISO A2, COL. HIPODROMO CONDESA, C.P. 06170, DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.		
R.F.C.	CPL-851230-512		
TELÉFONO Y FAX	(55) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@casaplarre.com		

1	DECLARACION ANUAL 2015	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONARA PREMIO AL MES 42	0083EM	2010	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA PARA CATETERISMO CARDIACO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	PARTIDA 9 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO.
						D230168	2012	UNIDAD RADIOLOGICA BASICA	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
2						0320	2013	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C" AVANZADA	CARTA DE LA AFIANZA DORA	
3	DECLARACION Y PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016		NO APLICA	NO APLICA		452000156 0-2014	2014	UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE O MOVIL.	REMISION, FACTURA 90001112 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
4						D5502381	2015	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
5										

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Militas Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com

R.F.C.: CPL-851230-512
 www.casaplarre.com

1	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSAL ES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONARA PREVIO AL MES 42	10B1189	2010	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	PARTIDA 10 UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL)
2			NO APLICA	NO APLICA			D250168	2012	UNIDAD RADIOLOGICA BASICA	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
3			NO APLICA	NO APLICA			0320	2013	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C" AVANZADA	CARTA DE LA AFIANZADORA	
4							4520001560-2014	2014	UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE O MÓVIL.	REMISION, FACTURA 90001112 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	PARTIDA 11 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL
5							D55023B1	2015	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
 Av. Cuahtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

R.F.C.: CPL-851230-512

DIVISION DE CONTRATOS

Especificaciones del Licitante			Experiencia y Especialidad			Capacidad de Ejecución					
Clasificación	Descripción de los trabajos	Experiencia	Experiencia	Experiencia	Experiencia	Experiencia	Experiencia				
1	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA ARA PREVIO AL MES 42	10B1030	2010	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 41 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.
2							11B1079	2011	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
3							12B10014	2012	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
4							13B10069	2013	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
5							BIN450007	2014	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
6							45000187717/2015	2015	CARRO ROJO RODABLE PARA REANIMACION CARDIOBULMONAR BASICA Y AVANZADA	FACTURA 90001231 Y ACTA DE ENTREGA	

R.F.C.: CPL-851230-512
biossmann
Pachuca D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condese
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com


Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitas Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_rmh@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

4	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA PARA PREVIRO AL MES 42	ORDEN A-584 CADPE-EM-LPE-015-2014-6 15B10671	2013 2014 2015	VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	FACTURA 454 FACTURA 1018 Y REMISION REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	PARTIDA 46 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO.
5											
6											

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ATENTAMENTE


ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPL-851230-512

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 36309781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEXICO

Anexo No. 5
 Folios con FNR - Sin Acreditamiento Similares.

Proposición Económica

PROCESAMIENTO: Licitación Pública Internacional convocada bajo la cobertura de los trabajos de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales No. LA1501R04E112016

FECHA: 25/07/16

HOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE: CASA PIARRE, S.A. DE C.V.

DIRECCION: DIAGONAL DE PATRONISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIDROBO COMESA, DEL CUMBITREC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06710

P.C.: CRT-8122092

TELEFONO: (0155) 91 34 02 70

CORREO ELECTRONICO: ventas@piarre.com

Partida	PREI	SN	DESCRIPCION	Cantidad	PMI SINVA	Porcentaje de Descuento (con el de competencia)	Descuento	Precio Unitario con Descuento IVA	Importe Total efectivo IVA
9	0000000011413	ES1341048126.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO.	8	6,700,307.63	10.57%	704,880.81	5,995,426.82	47,264,062.96
10	0000000011203	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	14	500,730.65	24.62%	124,529.46	376,201.19	5,302,343.55
20	0000000012037	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	11	728,026.98	26.83%	197,355.65	530,671.33	6,008,738.88
21	0000000011718	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	5	175,490.52	34.07%	115,512.72	839,358.60	3,514,729.01
23	0000000011718	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	6	300,117.24	14.06%	42,016.41	258,100.83	2,008,800.42
30	0000000011422	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	3	1,298,762.38	24.83%	322,844.94	975,917.44	4,680,433.03
35	0000000011422	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	1	811,581.26	18.87%	156,541.40	655,039.86	2,890,012.78
37	0000000011422	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	78	644,813.34	21.79%	140,840.85	503,972.49	4,856,207.78
40	0000000011422	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	18	4,838,483.01	20.86%	1,001,660.42	3,836,822.59	32,853,442.51
41	0000000011422	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	26	391,079.31	14.50%	56,680.08	334,399.23	4,085,899.92
50	0000000011422	ES1815106101.01	MONITOR PANTALLA Y FILTROS/COPORTA Y TELEMANDO PARA INGENIERIA.	17	171,424.41	21.05%	36,111.03	135,313.38	2,295,531.95
SUB-TOTAL									124,485,338.58
16% IVA									20,557,910.17
TOTAL									145,043,248.75

IMPORTE TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILONES CUARENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100

NOTA: El precio que resulta después de aplicar el porcentaje de descuento obtenido al Precio Máximo de Referencia "Precio Unitario con Descuento" será fijo durante la vigencia del contrato.

LOS PRECIOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ALBERTO PAULINO BASQUIETO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PIARRE, S.A. DE C.V.

Biossmann

Dirección de Adquisiciones, Patrimonios, Bienes
 COE - Coordinación de Operaciones, Contratos y
 Asesoría Jurídica
 Av. Chapultepec, No. 500, Piso 10, Colonia Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 06710

Asesoría Jurídica
 Calle de la Amalgame, No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06000

Compras y Contratos
 Calle de la Amalgame, No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06000

Control de Gastos y Finanzas
 Calle de la Amalgame, No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06000

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

PROCESAMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONFERENCIAL BAJA DE COSTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO DE LÍNEA CONFERENCIAL CON CONTROL DE CALIDAD CUERPO DE INGENIEROS MEX. S. DE C.V.

PROCESAMIENTO ECONOMICA

PROYECTO: CASA PLANTE, S.A. DE CV.

PARTECIANTE: NACIONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIDROBOL CANCUN, PUN. CUARENTENC, CAMINO DE MÉDICO, CP. 91719

REF.: CP1512002

TELÉFONO: 01159 91 24 26 70

CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@plante.com

FECHA: 25/07/2016

Partida	FEEL	SAI	DESCRIPCIÓN	Proveedor Aprobado	Cantidad	PRECIO UNIT.	Procedimiento de Selección	Observaciones	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
10	00000000011844	51131104020101	UNIDAD RADIOLOGICA DE 800 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL)	70% Primer Fuente	1	1,469,160.00	1,469,160.00	1,470,000.00	44,564,000.00		
11	08000000011423	51131104020101	UNIDAD RADIOLOGICA GENERAL DIGITAL	70% Primer Fuente	1	1,469,160.00	1,469,160.00	1,470,000.00	44,564,000.00		
17	00000000011449	51131104020101	UNIDAD RADIOLOGICA GENERAL DIGITAL	70% Primer Fuente	1	1,469,160.00	1,469,160.00	1,470,000.00	44,564,000.00		
31	00000000011449	51131104020101	UNIDAD RADIOLOGICA GENERAL DIGITAL	70% Primer Fuente	1	1,469,160.00	1,469,160.00	1,470,000.00	44,564,000.00		
46	00000000011449	51131104020101	UNIDAD RADIOLOGICA GENERAL DIGITAL	70% Primer Fuente	1	1,469,160.00	1,469,160.00	1,470,000.00	44,564,000.00		
SUB-TOTAL 141,200,704.43											
15% IVA 22,980,107.31											
TOTAL 164,180,811.74											
Partida	Descripción			Cantidad Total	% de Bienes	% de Bienes	Cantidad de Bienes	Cantidad de Bienes			
10	UNIDAD RADIOLOGICA DE 800 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL)			46	70%	28%	53	13			
17	MÁQUINA QUÍMICA DOBLE			29	70%	21%	23	6			
31	MONITOR DE SIGNOS VITALES			151	71%	29%	107	44			
46	VENTILADOR ADULTO-NEONATOLÓGICO			435	69%	31%	302	193			
				108	79%	21%	85	23			

IMPORTE TOTAL EN LETRA: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100

NOTA: El precio que resulta después de aplicar el porcentaje de descuento otorgado al Precio Máximo de Referencia Técnico Unificado con Descuento será el que deberá aplicarse durante la vigencia del contrato.

Los precios y porcentajes de descuento operados son fijos durante la vigencia del contrato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLANTE, S.A. DE C.V.

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0362

ANEXO 3

**“GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y
FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO”, DIRECTORIO
DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE
CONTRATO”**

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 07 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	Subpartida	Descripción	Equipamiento Quirúrgico	Quirúrgico Tendones	UMASS/ISSG (No. de UCI)	TOTAL EQUIPO	RESERVA CI	Cont. Ad. Total	75% Fuente	25% Llaves	Quantidad EQUIPO	Quantidad Materiales
1	11694	531.156.0089.03.01 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.					6	6				
2	11709	531.160.0026.03.01 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA.					2	2				
3	11713	531.168.0069.02.01 Electrocardiógrafo multifuncional con interpretación.		1		1	228	229	79%	30%	181	78
4	11759	531.291.0028.01.01 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESORA)					277	277	73%	31%	202	87
5	11780	531.324.0201.03.01 ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.					9	9				
6	11782	531.325.0069.01.01 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLÓGICA.					2	2				
7	11788	531.327.0257.01.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.					12	12				
8	11790	531.328.0116.02.01 UNIDAD DE ELECTROCRUJIA (GINECOLÓGICA).					42	42	171%	40%	72	17
9	11813	531.341.0481.05.01 UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL CON TELEMANDO.					8	8				
10	11814	531.341.0499.01.01 UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).					45	45	73%	29%	33	13
11	11823	531.341.2479.03.01 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL					9	9	256%	67%	23	6
12	11830	531.341.2552.01.01 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C					2	2				
13	11838	531.350.0026.01.01 LASER QUIRURGICO NEDYNIUM-YAG.					1	1				
14	11851	531.361.0171.01.01 ESPIGÓMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO.					9	9				
15	11902	531.430.0061.01.01 FOTOCASILLADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO.					5	5				
16	11928	531.497.0053.02.01 Incubadora de traslado.					12	13				
17	11943	531.562.1010.04.01 Lámpara quirúrgica doble		1		1	82	89	120%	49%	107	44
18	11947	531.562.1457.01.01 FUENTE DE LUZ LED		5		5	546	551	71%	31%	391	171
19	12036	531.616.5108.01.01 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA)					14	14				
20	12037	531.616.5116.01.01 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGIA Y LAMIECTOMIA)					11	11				
21	12037	531.616.5116.01.01 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA)					5	5				



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	SW	Descripción	Cuarentena Quirófanos	Quirófanos	UIMAE HGO No. 3 (UCN)	TOTAL EAO 2016 (EPA-G)	REPOSICIÓN	Cantidad Total	Porcentaje	2016	Cantidad Anterior	Anterior
22	531.626.0024.02.01	MICROSCOPIO PARA NEUROCIURGÍA.					3	3				
23	531.626.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIURGÍA DE ALTA ESPECIALIDAD.					2	2				
24	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.					7	7				
25	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.					6	6				
26	533.159.0133.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.					12	12				
27	533.622.0057.02.01	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO.					2	2				
28	531.053.0356.05.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD					14	14				
29	531.316.0094.03.01	VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE.					10	10				
30	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.					3	3				
31	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	12	6		18	417	485	69%	31%	302	133
32	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO.					9	9				
33	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO AVANZADO.					15	15				
34	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNETICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR.					2	2				
35	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, DOCE CAMAS DE TRAUMA.					1	1				
36	531.254.0049.04.01	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES.					5	5				
37	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA.		3		3	13	16				
38	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA.	5			5	74	79				
39	531.941.1012.01.01	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICA/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL					4	4				
40	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CATORCE CAMAS DE TRAUMA.					1	1				
41	531.191.0417.00.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR.					26	26				
42	531.327.0232.01.01	SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO CONTINUO Y AMBULATORIO.					7	7				



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	Presupuesto	Descripción	Quantidad	Quantidad	UMA/FEFO	TOTAL	Presupuesto	Quantidad	Presupuesto	Presupuesto	Quantidad	Quantidad	Presupuesto	Quantidad
			Quirófanos	Telediagnóstico	Resid (GEN)	EA02016 (EF-FG)								
43	11803	ELECTROMIGRADO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)					7	7						
44	11929	INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO,												
45	12188	Ventilador neonatal para cuidados intensivos			6	6	93	93	85%	35%	60	33		
46	12193	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO. CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.					19	25						
47	16364	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (SIN FOTOTERAPIA)	5			5	4	4	79%	21%	85	23		
48	16377	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA)					66	71	82%	18%	58	13		
49	16378	FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA)					69	69	78%	22%	54	15		
50	16400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA					14	14						
51	16414	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	1			1	61	62						
			23	23		52	2,401	2,453					1,568	633

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Item	Clave	Descripción	Requisitos	Observaciones	Unidad	Valor	Observaciones	Unidad	Valor	Observaciones	Unidad	Valor	Observaciones	Unidad	Valor	Observaciones	Unidad	Valor	Observaciones	Unidad	Valor				
1	11694	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	386 Camas para terapia intensiva	90	
2	11709	UNIDAD DE FOTOFLOUORANGIOGRAFIA	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		90	
3	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		90	
4	11759	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO (CON COMPRESORA)	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	2161 Unidad para tratamiento dental con aspiradora	90	
5	11780	ECCOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		90	
6	11782	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLÓGICA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		90	
7	11788	SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		90	
8	11790	UNIDAD DE ELECTROCIURGIA (GINECOLÓGICA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		90	
9	11813	UNIDAD RADIOLOGICA FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		90	
10	11814	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.		90	
11	11823	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.		90	
12	11820	UNIDAD RADIOLOGICA FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	No Req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.		90	
13	11838	LASER QUIRURGICO NEODIMUUM-YAG.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	No Req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.		90	
14	11851	ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.		90	
15	11802	FOTOCOAGULADOR INTERPAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.		90	
16	11828	INCUBADORA DE TRASPLADO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.		90	
17	11943	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.	SI req.		90	
18	11947	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		1224 Lámparas de cklcote	90



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida	CODIGO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Material	Características	Uso	Clase	Valor	Subclase	Especificaciones	Nivel de	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos
19	531.616.5108.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL (PARA ELECTRO-HIDRÁULICA GINECOLÓGICA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Mesas, para cirugía	No Req.	90						
20	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIROLOGIA Y LAMINECTOMIA).	SI Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Mesas, para cirugía	No Req.	90							
21	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA).	SI Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Mesas, para cirugía	No Req.	90							
22	531.626.0024.02.01	MICROSCOPIO PARA NEUROCIROLOGIA.	SI Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	-1410 Microscopios	No Req.	90							
23	531.626.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIROLOGIA DE ALTA ESPECIALIDAD.	SI Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1410 Microscopios	No Req.	90							
24	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.	SI Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	2173 Unidades de tratamiento para otorrinolaringología (sin equipar)	No Req.	90							
25	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.	SI Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	426 Campanas de aislamiento, con flujo de aire laminar	No Req.	90							
26	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.	SI Req.	No Req.	SI Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1410 Microscopios	No Req.	90							
27	533.622.0057.02.01	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO.	SI Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.		No Req.	90							
28	531.053.0356.05.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	SI Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	No Req.		SI Req.	90							
29	531.316.0054.03.01	VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE.	SI Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	No Req.		SI Req.	90							
30	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.	SI Req.	No Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	No Req.		SI Req.	90							
31	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SI Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	No Req.		SI Req.	90							
32	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO.	SI Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	No Req.		SI Req.	90							
33	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO AVANZADO.	SI Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	No Req.		SI Req.	90							
34	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNETICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR.	SI Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	No Req.		SI Req.	90							



UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

DIVISION DE CONTRATOS

Partida	Clave	Descripción	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	90
35	16452	531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, DOCE CAMAS DE TRAUMA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	90
36	17033	531.254.0049.04.01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES. UNI	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	90
37	17408	531.053.0364.00.01 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	90
38	17409	531.053.0372.00.01 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	90
39	18655	531.941.1012.01.01 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICA/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	90
40	18802	531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CATORCE CAMAS DE TRAUMA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	90	
41	18870	531.191.0417.00.01 CARGO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.	90
42	11787	531.321.0232.01.01 SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	90
43	11803	531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	90
44	11929	531.497.2083.02.01 INCUBADORA PARA RECEN NACIDO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	90
45	12188	531.941.0048.01.01 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	90
46	12193	531.941.0972.03.01 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	90
47	16364	531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.	90	
48	16377	531.252.0033.02.01 QUINA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (SIN FOTOTERAPIA)	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	90
49	16378	531.252.0033.02.01 QUINA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA)	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.	90



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

PRIME	IMSE	ESU	EQUIPO	ESPECIFICACIONES	CIERS	VALOR	DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS	EXISTE EN EL EQUIPO	REQUISITO	REQUISITO	REQUISITO	REQUISITO	REQUISITO	REQUISITO
50	16400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	SI req.			90
51	16414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	SI req.			90

TIPO DE CAPACITACIÓN:	
NOMENCLATURA	NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
No Req	Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
F = FUNDAMENTAL	Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
I = INTERMEDIA.	Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.
A = AVANZADA	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO
BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

Partida	Unidad	Descripción	Cantidad	Asignación
8	JALISCO	HGRM5 LOS AVILA, GUAD. JAL.		
		Calle San Felipe No. 1014, Colonia Guadalupe Centro C.P. 44100 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	4	*
10	JALISCO	HGZ 89 Guadalupe		
		Avenida Agustín Yáñez No. 1930, Colonia Moderna C.P. 44190 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	1	*
10	JALISCO	HGR 46 Guadalupe		
		Avenida Lázaro Cárdenas No. 1060, Colonia 8 de Julio C.P. 44910 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	2	*
10	JALISCO	UMF 2 Guadalupe		
		Calle Jesús García No. 1480, Barrio Santa Teresita C.P. 44600 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	1	*
10	JALISCO	UMF 34 Guadalupe		
		Avenida López de Legaspi No. 1722, Unidad Habitacional 18 de Marzo C.P. 44960 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	1	*
10	JALISCO	UMF 93 Tonala		
		Avenida Tomatecas No. 131, Colonia Lomas de Tonala C.P. 45400 Tonala, Municipio de Tonala, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	1	*
10	JALISCO	UMF 3 Guadalupe		
		Calle Beltrán Domínguez No. 815, Colonia Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	1	*
14	JALISCO	HGR46 LAZARO CARDENAS JAL.		
		Avenida Lázaro Cárdenas No. 1060, Colonia 8 de Julio C.P. 44910 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	2	*
17	JALISCO	HGZUMAA 7, LAGOS DE MORENO, JAL.		
		Calle Av. El Tepalcate esq. Juan Diego No. 788, Colonia Tapacpac 2 sección C.P. 47410 Lagos de Moreno, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	2	*
18	JALISCO	UMFHS EL SAUTO, JAL.		
		Prolongación Calle 70 No. 788, Pueblo El Saute Centro C.P. 45580 El Saute, Municipio de El Saute, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	2	*
18	JALISCO	UMFHT19 TURPAN, JAL.		
		Avenida Francisco I Madero No. 422, Colonia Pierrestre C.P. 49810 Turpan, Municipio de Turpan, Jalisco		
		Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus		
		Ingeniero Biomédico Delegacional	1	*

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO
BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

38	JALISCO	HGZUMAMA 7 LUGOS DE MORENO, JAL.	Calle Av. El Toponcé esq. Juan Diego No. 758, Colonia Tepayac 2 sección C.P. 44740 Lagos de Moreno, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	17409	531.053.0972.00.01	Unidad de anestesia Intermédia.	2	
38	JALISCO	HGZ039 FC, JAL.	Avenida Agustín Yañez No. 1930, Colonia Moderna C.P. 44190 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	17409	531.053.0972.00.01	Unidad de anestesia Intermédia.	2	
38	JALISCO	HGR45 LOS AVILA, GUAD. JAL.	Calle San Felipe No. 1014, Colonia Guadalupe Centro C.P. 44100 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	17409	531.053.0972.00.01	Unidad de anestesia Intermédia.	2	
38	JALISCO	HGR46 LAZARO CARDENAS, JAL.	Avenida Lazaro Cardenas No. 1060, Colonia 8 de Julio C.P. 44910 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	17409	531.053.0972.00.01	Unidad de anestesia Intermédia.	4	
38	JALISCO	HGR10 GUADALUARA, JAL.	Calle Circunvalación Obispos No. 2208, Colonia Circunvalación Obispos C.P. 44718 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	17409	531.053.0972.00.01	Unidad de anestesia Intermédia.	1	
38	JALISCO	UMF52 CUMMAA TLACUAPACQUE, JAL.	Boulevard Marcelino García Barragan entre Rio Soledad y Rio Mezcala No. 1586, Colonia Olimpica C.P. 44430 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	17409	531.053.0972.00.01	Unidad de anestesia Intermédia.	1	
39	JALISCO	HGR45 LOS AVILA, GUAD. JAL.	Calle San Felipe No. 1014, Colonia Guadalupe Centro C.P. 44100 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	18655	531.941.1012.01.01	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediatría/neonatal con modo convencional	1	
41	JALISCO	UMF1 AGUA AZUL, GUAD. JAL.	Calleada Del Campesino No. 100, Colonia Guadalupe Centro C.P. 44100 Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	18870	531.191.0417.00.01	Carro rolo con equipo completo para resusitación con desfibrador monitor.	1	
46	JALISCO	HGZ039 FC, JAL.	Avenida Agustín Yañez No. 1930, Colonia Moderna Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador adulto-pediátrico.	1	
46	JALISCO	HGZM19 CIUDAD GUZMAN, JAL.	Avenida Cristóbal Colón esq. Gante No. 750, Colonia Ciudad Guzmán Centro C.P. 49000 Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador adulto-pediátrico.	2	
46	JALISCO	HGZM19 CIUDAD GUZMAN, JAL.	Avenida Cristóbal Colón esq. Gante No. 750, Colonia Ciudad Guzmán Centro C.P. 49000 Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco	Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Ingeniero Biomédico Delegacional	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador adulto-pediátrico.	1	

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO