



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



ACUERDO DEL CIAS	N/A	SESIÓN DEL CIAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA NUMERO LA-019GYR040-E11-2016		
FUNDAMENTO	ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 26 TER, 27, 28, FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, FRACCIÓN I, 39 Y 46 DE LA LAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE ADJUDICACIÓN	DÍA 30	MES AGOSTO	AÑO 2016

PROVEEDOR DOMICILIO (Artículo 48 "LA ASSP")	CASA PLARRE, S.A. DE C.V. DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO		
TELÉFONOS:	5134-0270 y 5134-3730	FAX	5134-0270 y 5134-3730
ESCRITURA PÚBLICA:	23,583 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	8 DE ENERO DE 1955 (CONSTITUTIVA) 17 DE FEBRERO DE 1988 (REFORMA)
NOTARÍA PÚBLICA	56 DEL DISTRITO FEDERAL (CONSTITUTIVA) 186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	FOLIO MERCANTIL	43075 (REFORMA)
DE ACUERDO CON SUS ESTADUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE EN OTRAS ACTIVIDADES EN	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE INGENIERÍA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUOROSCOPÍA, ANGIOGRAFÍA, INSPECCIONES TÉRMICAS Y LASER, ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALÓGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, ELECTROMIOGRAFOS, POLÍGRAFOS, MONITORES DE USO MÉDICO, CENTRALES DE MONITORIO Y CARRROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACIÓN, (SEGUN ESCRITURA PÚBLICA 64,648 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2007, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 110 DEL DISTRITO FEDERAL.)		
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAJULINO BASURTO	ESCRITURA PÚBLICA	85,624
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	NOTARÍA PÚBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	ATENDIENDO AL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, INDICADO EN LOS "REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO" INTEGRADOS EN EL ANEXO 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 2 (DOS) Y 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.	OBJETO DEL CONTRATO
	IMPORTE SIN IVA \$884,369.80 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MM.)
	IV.A. 0% () 16% (X)

LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES BAÑUELOS Apoderado Legal 	"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
M.E. RODOLFO ANDRADE ORTEGA Director Interino del Hospital General Regional No. 1 en Cuernavaca, Morelos Administrador del Contrato	"EL PROVEEDOR" CASA PLARRE, S.A. DE C.V. Apoderado Legal

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS


Contrato Numero

16BI0363

ANEXO 1

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 07 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,787,080.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 26 carros rojos, destinados a diversas Unidades Médicas.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 09900 16B3010/6BA2/BM/ 286 / 470

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016
Clave de cartera: 1550GYR0023
No. de solicitud: 47726
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K029
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763
Localización geográfica: Varios

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15090015
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270419/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 1,804,409.105
Nombre del PPI: Equipo médico

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, firmado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 26
Monto original con IVA: 5,787,080.00

(cinco millones setecientos ochenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Lic. Edgar Peña Chávez





Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2016

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BM/ 286 / 470

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,787,080.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 26 carros rojos, destinados a diversas Unidades Médicas.

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

- Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
- Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
- Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
- C.P. Víctor Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1
- Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1
- Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1
- Act. Alejandro Abraham Montesinos Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Poniente /1
- C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1
- Lic. Rosalba Acerina Rivero Sabido.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Quintana Roo /1
- C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1
- Lic. José Abdo Scheikaiban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tamaulipas /1
- C.P. Fernando Ochoa Rodríguez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Sur /1
- C.P. Evelia Montañez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Zacatecas /1
- C.P. Nidia Patricia Conde Góngora.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Ignacio García Téllez Yucatán /1
- C.P. Deciderio Silva Aguilera.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo León /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>
SICGC Se enviara por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN**



OLI No.: 2861470

Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0023
No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015
Cuenta contable PREI: 13350109


Nombre del programa o proyecto :

Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI (Municipio)		PREI (Municipio)		PREI (Municipio)		PREI (Municipio)		PREI (Municipio)		PREI (Municipio)		Nº. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA		
						Municipio	Estado	Ubicación	UJ	Centro de Costo	COG-GRS	ESP	DIR	VAR	ID de Afiliado	Descripción	URG				Ubicación	UR
53101	Equipo médico	12065403	0000165777	165	M.U MED FAMILIAR NUM 25	OCCASCO, GTO.	11250001	112426	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065401	0000165778	165	M.U MED FAMILIAR NUM 1	GUADALAJARA JAL	14010003	142401	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065482	0000165142	165	M.H GRAL ZONA NUM 71	ALCO, EDO. DE M	15000001	150104	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065483	0000165143	165	M.H GRAL ZONA NUM 71	ALCO, EDO. DE M	15000001	150104	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065484	0000165779	165	M.H GRAL ZONA NUM 53	ES LOS-LA PAZ-	11000001	180106	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065485	0000164524	165	M.U MED FAMILIAR NUM 199	LAUTITLAN IZCAL	15360006	152410	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065486	0000164736	165	M.U MED FAMILIAR NUM 81	JUCHITPEC	15720001	152437	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065487	0000165147	165	M.U MED FAMILIAR NUM 63	AS ROMERO, EDQ	16360001	162425	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065488	0000165148	165	M.H GRAL ZONA NUM 7	CUAUTLA, MOR.	19110001	191201	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065489	0000165586	165	M.U MED FAMILIAR NUM 17	LIANO ZAPATA, M	18190001	182417	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065490	0000165582	165	M.U MED FAMILIAR NUM 21	MONTERREY, N.L.	20010001	201401	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065491	0000165680	165	H.G.R. N° 17	BENITO JUAREZ	24070028	240501	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065492	0000165690	165	U.M.F. N° 13	BENITO JUAREZ	24070011	242425	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	2	222,580.00	445,160.00
53101	Equipo médico	12065493	0000165370	165	M.U MED FAMILIAR NUM 60	NAVJOJA, SON	27070012	272411	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065494	0000165152	165	M.U MED FAMILIAR NUM 62	NAVJOJA, SON	27070014	272413	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065495	0000166005	165	M.U MED FAMILIAR NUM 35	CAJEME	27240001	272428	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065496	0000165551	165	M.U MED FAMILIAR NUM 27	SUAYMAS	27490001	272444	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065497	0000164737	165	M UNID MED FAM No 67	CIUDAD OREGON	27060041	272460	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065498	0000161637	165	M.H.G.Z 13	MATAMOROS	29150001	290103	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065499	0000164728	165	M UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 1 URM	CIUDAD MENDOZA	32650001	322440	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	3	222,580.00	667,740.00
53101	Equipo médico	12065500	0000164528	165	ESPECTRO MED	MERIDA	33010001	331301	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
53101	Equipo médico	12065501	0000164928	165	M.H.G.Z.M.F. 2	FRESNILLO	34050002	340101	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	095001	290000	2016M08	1	222,580.00	222,580.00
TOTAL:																				26	4,896,700	5,787,000.00

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

SIN TEXTO



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,323,688.80, entra diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 7 electromiógrafos de cuatro canales, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016
No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 244 / 427

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016
Clave de cartera: 1550GYR0023
No. de solicitud: 47726
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K029
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763
Localización geográfica: Varios

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15090015
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270419/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 1,804,409,105
Nombre del PPI: Equipo médico

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 7
Monto original con IVA: 5,323,688.80

(cinco millones trescientos veintitres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 80/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,323,688.80, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 7 electromiógrafos de cuatro canales, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 244 / 427

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.


Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

- Con copia para:
- Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
 - Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Cordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
 - Lic. Armando Rivera Téllez.- Cordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
 - Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1
 - C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1
 - C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Nuevo León /1
 - C.P. Edna Georgina Castañeda Félix.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Tabasco /1
 - Lic. José Abdo Schekaiban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tamaulipas /1
 - Ing. Alfredo Reyes Aguilar.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 71 Torreón Coahuila /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Clave de cartera SHCP : 1550GYR0023
No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI: 15090015
Cuenta contable PREI: 13350109

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



OLI No.: 244/427

Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien			SAI			PREI			PREI Millenium Control de Compras			cifras en pesos				
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	Utilización	UI	Centro de Costo	Periodo Fpial	No. de bienes	Precio Unitario con IVA
53101	Equipo médico	12054289	0000164851	115	CONJ TORREÓN/UNAE HE N°71 CIE	TORREON	05060015	051901	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760.527	760.526.97
53101	Equipo médico	12054290	0000165550	115	M. MZ No. 197	TEXCOCO	15510005	150105	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760.527	760.526.97
53101	Equipo médico	12054291	0000164701	115	M HOSPITAL REGIONAL 72	TLANEPANTLA	15060012	150601	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760.527	760.526.97
53101	Equipo médico	12054292	0000165561	115	M H.G.R.M.F. 1	CUERNAVACA	18010009	180601	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760.527	760.526.97
53101	Equipo médico	12054293	0000165962	115	M UNIDAD MEDICINA FISICA N. 1	MONTERREY, N.L	20041002	202801	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760.527	760.526.97
53101	Equipo médico	12054294	0000165098	115	M.H.GRAL ZONA NÚM 46	VILLAHERMOSA	28010027	280102	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760.527	760.526.97
53101	Equipo médico	12054295	0000164703	115	M H.G.Z.M.F. 1	VICTORIA	29010006	290201	200200	531-333	0317	01	01	11803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	09530007	095001	290000	2016M08	1	760.527	760.526.97
TOTAL:																			7	5,323,689	5,323,689.80	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

353, 356, 363, 366, 378

Plana

Part: 50

927

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$2,779,352.70, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 14 monitores de signos vitales, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016
No. 09900-16B3010/6BA2/BMI/ 276 / 460

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016
Clave de cartera: 1550GYR0029
No. de solicitud: 47726
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K029
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763
Localización geográfica: Varios

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15090015
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270419/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 1,804,409,105
Nombre del PPI: Equipo médico

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 14
Monto original con IVA: 2,779,352.70

(dos millones setecientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos 70/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS





Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$2,779,352.70, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 14 monitores de signos vitales, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 276 / 460

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
Lic. Francisco Mercado Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Baja California Sur /1
Lic. Rafael Eduardo Ayala Farías.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Coahuila /1
C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1
Lic. Rosalba Acerina Rivero Sabido.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Quintana Roo /1
Lic. Juan Carlos García Rubio.- Encargado del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila Camacho Puebla /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0023
 No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015
 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
 DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



OLJ No.: 276/460

Clave COG	Nombre de Clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millonum Presupuesto del Destino del Bien			SAI			PREI Millonum Control de Compromisos			Cifras en pesos						
						Municipio / Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Período Pajal	No. de bienes
53101	Equipo médico	12064115	0000164341	155	H.G.Z. / M.F. N°1	LA PAZ, B.C.S.	0302001	200200	531-619	0403	02	01	16400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	290000	2016M08	4	198,525	794,100.77
53101	Equipo médico	12064116	0000164754	155	CONJUNTO PIEDRAS/ H.G.Z. II	PIEDRAS NEGRAS	08120001	200200	531-619	0403	02	01	16400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	290000	2016M08	3	198,525	595,575.58
53101	Equipo médico	12064117	0000164947	155	HGSUB CON MF N°24	SABINAS, COAH.	05210003	200200	531-619	0403	02	01	16400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	290000	2016M08	3	198,525	595,575.58
53101	Equipo médico	12064118	0000164735	155	M.H.G.R.M.F. 1	CUERNAVACA	18010009	200200	531-619	0403	02	01	16400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	290000	2016M08	1	198,525	198,525.19
53101	Equipo médico	12064119	0000164342	155	M.H TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia	PUEBLA, PUE.	22010039	221401	531-619	0403	02	01	16400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	290000	2016M08	2	198,525	387,050.38
53101	Equipo médico	12064120	0000165167	155	H.G.Z. C/M.F. N°3	BENITO JUAREZ	24070001	240101	531-619	0403	02	01	16400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	290000	2016M08	1	198,525	198,525.19
TOTAL:																	14	1,481,151	2,779,362.70		

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16B10363

ANEXO 2

**“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ANEXO 1.6 Y
PROPUESTA ECONÓMICA”**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 21 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 1 DE 12

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar.
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.1.1. Carro de emergencia (incluir marca y modelo)
2.1.1.1. De material plástico o polímero de alto impacto.
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 78 cm y 97 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm. altura entre 90 cm y 100 cm.
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción.
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.5 cm de diámetro como mínimo.
2.1.1.5. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar. <u>FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2</u>
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico. <u>FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2 Y 1-3</u>
2.1.1. Carro de emergencia (CAPSA SOLUTIONS/AVALO) <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.1. De material plástico de alto impacto. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.2. Dimensiones: longitud 79 cm, ancho 60 cm. altura 90 cm. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.7 cm de diámetro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.5. Con sistema de frenado en dos ruedas. <u>FOLLETO 1</u>

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA
CLAVE PREI:	000000000018870	IMP.:21/07/2016
		HORA
		IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:
PARTIDA:	41	CATÁLOGO
CANTIDAD:	26	FABRICANTE
		NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
		TEC-5621 / AVALO FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
		NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 2 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor.
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro.
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición.
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones.
2.1.1.8. Con cuatro cajones como mínimo.
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo.
2.1.1.9. Sistema de seguridad.
2.1.1.9.1. Cerradora general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
2.1.1.10. Con poste portavenoclisis ajustable e integrado.

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8. Con cinco cajones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9. Sistema de seguridad. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9.1. Cerradora general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.10. Con poste portavenoclisis ajustable e integrado. <u>FOLLETO 1</u>

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 3 DE 12			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (referir marca y modelo).
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor.
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente o semitransparente, libre de latex.
2.1.2.3. Autoinflable.
2.1.2.4. Tamaño adulto:
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1500 ml, como mínimo.
2.1.2.5. Tamaño pediátrico.
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600ml.

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (MERLIN MEDICAL / W44525, W4454, W4456). <u>CATALOGO 1 PÁG. 2, 6</u>
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor. <u>MANUAL 1 PÁG. 2, 3 Y 4</u>
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente libre de latex. <u>CATALOGO 1 PÁG. 3 Y 4</u>
2.1.2.3. Autoinflable. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.4. Tamaño adulto: <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1850 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.5. Tamaño pediátrico (NIÑO). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 585 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 4 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.2.6. Tamaño neonatal.
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320ml, como máximo.
2.1.2.7. Mascarillas reusables.
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria.
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O.
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario.
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (referir marca y modelo).
2.1.3.1. Mango.

2.1.2.6. Tamaño neonatal (INFANTE). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.7. Mascarillas reusables. <u>CATALOGO 1 PÁG. 2 Y 4</u>
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 4</u>
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (Laringoscopia) (KAWE / F.O. LED). <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.1. Mango. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1: MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 5 DE 12

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión.
2.1.3.1.2. Acabado acanalado o rugoso.
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas.
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
2.1.3.3. Iluminación xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio.
2.1.3.4.1. De acero inoxidable.
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas.

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión. CATALOGO 2 PÁG. 2
2.1.3.1.2. Acabado rugoso (estriado). CATALOGO 2 PÁG. 2
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas. CATALOGO 2 PÁG. 4
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo. CATALOGO 2 PÁG. 4 y 7
2.1.3.3. Iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts. CATALOGO 2 PÁG. 4
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio. CATALOGO 2 PÁG. 1
2.1.3.4.1. De acero inoxidable. CATALOGO 2 PÁG. 1
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4. CATALOGO 2 PÁG. 6
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4. CATALOGO 2 PÁG. 5
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas. CATALOGO 2 PÁG. 7



Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cauhtémoc D.F.
 Av. Cauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 6 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
2.1.5. Desfibrilador.
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 200 Joules.
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga.
2.1.5.5. Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora. FOLLETO 1
2.1.5. Desfibrilador. MANUAL 2 PORTADA
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado. MANUAL 2 PÁG. 1-2
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica de 270 Joules. MANUAL 2 PÁG. 1-3, 1-4, 2-2 Y 15-11
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo de 40 segundos. MANUAL 2 PÁG. 1-4 Y 6-2-8
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga (Descarga interna). MANUAL 2 PÁG. 1-4 , 12-6 12-12 , 12-13 , 12-14 Y 15-9
2.1.5.5. Tiempo de carga de 5 segundos para máxima energía. MANUAL 2 PÁG.1-4
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 2-5



Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 7 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.
2.1.6. Monitor.
2.1.6.1. Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
2.1.6.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
2.1.6.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
2.1.6.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).
2.1.7. Palas
2.1.7.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
2.1.7.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.

2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa. MANUAL 2 PÁG. 6-0-2
2.1.6. Monitor. MANUAL 2 PÁG. 8-0-3
2.1.6.1. Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas. MANUAL 2 PÁG. 1-3
2.1.6.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). MANUAL 2 PÁG. 8-1-4 Y 8-1-13
2.1.6.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español. MANUAL 2 PÁG. 15-5 Y 8-3-9
2.1.6.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias). MANUAL 2 PÁG. 8-0-3 , 10-1-22 Y 11-9
2.1.7. Palas MANUAL 2 PÁG. 2-7
2.1.7.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. MANUAL 2 PÁG. 6-1-5 Y 8-1-18
2.1.7.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 8 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.7.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
2.1.7.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.
2.1.8. Alarmas audibles y visibles.
2.1.8.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.
2.1.8.2. De desconexión del paciente.
2.1.8.3. Del nivel de carga de la batería.
2.1.9. Sistema de registro.
2.1.9.1. Impresión integrada.
2.1.9.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
2.1.9.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
2.1.9.4. Un canal como mínimo.

2.1.7.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</u>
2.1.7.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-6, 6-0-3 Y 6-2-11</u>
2.1.8. Alarmas audibles y visibles. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2</u>
2.1.8.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-8 , 9-6 Y 9-12</u>
2.1.8.2. De desconexión del paciente. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 15-3</u>
2.1.8.3. Del nivel de carga de la batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-9</u>
2.1.9. Sistema de registro. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.9.1. Impresión integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-6</u>
2.1.9.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.9.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.9.4. Un canal. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
 Av. Cuahtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara A
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 9 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.10. SpO2.
2.1.10.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
2.1.10.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.
2.1.11. Batería.
2.1.11.1. Recargable e integrada.
2.1.11.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
2.1.11.3. Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo, como mínimo.
2.1.11.4. Tiempo de carga máximo 4.5 horas.
2.1.12 Presión no invasiva:
2.1.12.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo:

2.1.10. SpO2. MANUAL 2 PÁG. 8-3-2
2.1.10.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. MANUAL 2 PÁG. 8-3-7
2.1.10.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 8-3-8
2.1.11. Batería. MANUAL 2 PÁG. 4-2
2.1.11.1. Recargable e integrada. MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 4-2
2.1.11.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. MANUAL 2 PÁG. 4-2
2.1.11.3. Que permita dar 100 desfibrilaciones a carga máxima o 180 minutos de monitoreo continuo. MANUAL 2 PÁG.15-20
2.1.11.4. Tiempo de carga de 3 horas. MANUAL 2 PÁG. 4-8
2.1.12 Presión no invasiva: MANUAL 3 PÁG. 1-2
2.1.12.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. MANUAL 3 PÁG. 2-2

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cauhtémoc D.F.
Av. Cauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 10 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.12.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.
2.1.12.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio.
3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (incluir marca y modelo).
3.3. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (al menos 100 piezas).

2.1.12.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 ; MANUAL 3 PÁG. 2-23</u>
2.1.12.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-18</u>
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-4</u>
3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (NIHON KOHDEN / JC-865V). <u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-7</u>
3.3. Cable de paciente de 6 puntas . <u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-8</u>
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-6</u>
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (100 piezas). <u>CATALOGO 3 PÁG. 22</u>

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 11 DE 12			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

4.2. Electrodos autoadheribles trascutáneos para desfibrilación tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (referir marca y modelo).
4.3. Pasta conductora al menos dos tubos.
4.4. Papel para impresión al menos dos rollos.
4.5. Al menos una bolsa con 100 sellos de garantía.
4.6 Al menos dos focos para laringoscopio.
5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%.
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estándares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.

4.2. Electrodos autoadheribles trascutáneos para desfibrilación tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica 10 piezas (NIHON KHODEN / H327). CATALOGO 3 PÁG. 20
4.3. Pasta conductora dos tubos. CATALOGO 3 PÁG. 20
4.4. Papel para impresión dos rollos. MANUAL 2 PÁG. i
4.5. Una bolsa con 100 sellos de garantía. FOLLETO 1
4.6 Dos focos para laringoscopio. CATALOGO 2 PÁG. 4
5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%. MANUAL 2 PÁG. 15-20
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estándares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**


CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS		

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 12 DE 12			
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			

7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

ATENTAMENTE


ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

**ANEXOS
DIVISION DE CONT**

biossmanni

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
 Av. Cuahtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara A
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<p>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</p>			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			
1. Definición.			
1.1. Definición: Equipo electromédico rodable operado por microprocesadores, no invasivo, para la realización de estudios de potenciales evocados auditivos, visuales y somato sensoriales, electromiografía, velocidad de conducción motora y sensorial.			
2. Descripción.			
2.1. Electromiógrafo.			
2.2. Equipo estacionario o portátil.			
2.3. Sistema de adquisición y manejo de datos:			
2.3.1. Estimulador eléctrico. <i>Según Precisión Técnica 34 de la Junta de Aclaraciones.</i>			
2.3.1.1. De corriente y/o voltaje constante. <i>Según Precisión Técnica 34 de la Junta de Aclaraciones.</i>			
2.3.1.2. De un canal seleccionando:			
2.3.1.2.1. Intensidad o amplitud del estímulo.			
2.3.1.2.2. Duración del estímulo.			
2.3.1.2.3. Frecuencia del estímulo.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 1 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			
1. Definición.			
1.1. Definición: Equipo electromédico rodable operado por microprocesadores, no invasivo, para la realización de estudios de potenciales evocados auditivos, visuales y somato sensoriales, electromiografía, velocidad de conducción motora y sensorial. <i>Catálogo 1, Pág. 16; Manual 1, Pág. 1.1, 1.3.</i>			
2. Descripción.			
2.1. Electromiógrafo. <i>Catálogo 1, Pág. 1;</i>			
2.2. Equipo estacionario montado en carro de transporte. <i>Catálogo 1, Pág. 1, 16.</i>			
2.3. Sistema de adquisición y manejo de datos: <i>Manual 1, Pág. 3.15, 7.12.</i>			
2.3.1. Estimulador eléctrico. Con mínima división de escala de 0.1 mA. <i>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1669 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Manual 1, Pág. 12.2.</i>			
2.3.1.1. De corriente constante, con ajuste de la intensidad en el mismo mango del estimulador. <i>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1671 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Manual 1, Pág. 2-3.3; 2-3.4.</i>			
2.3.1.2. De un canal seleccionando: <i>Manual 1, Pág. 1.22.</i>			
2.3.1.2.1. Intensidad o amplitud del estímulo. <i>Manual 1, Pág. 1.19, 1.21.</i>			
2.3.1.2.2. Duración del estímulo. <i>Catálogo 1, Pág. 3, 4.</i>			
2.3.1.2.3. Frecuencia del estímulo. <i>Catálogo 1, Pág. 3, 4.</i>			

ANEXO 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			

2.3.1.3. Modos: sencillo, tren y recurrente.
2.3.2. Estimulador auditivo:
2.3.2.1. Con controles de al menos dos tipos de estímulo incluyendo click.
2.3.2.2. Selección de frecuencia e intensidad.
2.3.2.3. Frecuencia del estímulo seleccionable.
2.3.2.4. Intensidad de 0 a 95 dB (nHL) como mínimo o su equivalente en dB (SPL).
2.3.3. Estimulador visual:
2.3.3.1. Frecuencia del estímulo seleccionable.
2.3.3.2. Programa para ojo derecho, izquierdo y ambos.
2.3.3.3. Monitor de patrón reverso y goggles para estimulación visual.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 2 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			

2.3.1.3. Modos: sencillo, doble, tren y recurrente. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>
2.3.2. Estimulador auditivo: <u>Manual 1, Pág. 12.2</u>
2.3.2.1. Con controles de dos tipos de estímulo, click y tono burst. <u>Manual 1, Pág. 12.2.</u>
2.3.2.2. Selección de frecuencia e intensidad. <u>Manual 1, Pág. 12.2.</u>
2.3.2.3. Frecuencia del estímulo seleccionable. <u>Manual 1, Pág. 12.2.</u>
2.3.2.4. Intensidad de 0 a 135 dB (SPL), en pasos de 1 o 5 dB. <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1673 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Manual 1, Pág. 12.2.</u>
2.3.3. Estimulador visual: <u>Manual 1, Pág. 12.2.</u>
2.3.3.1. Frecuencia del estímulo seleccionable de 0.1 a 100 Hz. <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1685 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Manual 1, Pág. 12.1.</u>
2.3.3.2. Programa para ojo derecho (mitad derecha), izquierdo (mitad izquierda) y ambos (total). <u>Manual 1, Pág. 5.12, 12.2.</u>
2.3.3.3. Monitor para patrón reverso de 18.5 pulgadas conectado directamente a la consola principal (sin necesidad de un módulo adicional) y goggles para estimulación visual. <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1674 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Catálogo 1, Pág. 16; Catálogo 8, Pág. 1, 2;</u>

ANEXOS

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de GuevarA
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<p>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</p>			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			
2.3.4. Amplificador con brazo de soporte:			
2.3.4.1. De al menos 4 canales.			
2.3.4.2. Con ajuste de sensibilidad de al menos 2 y 10 μ V/mm por división.			
2.3.4.3. Frecuencia de muestreo de 60,000 Hz o mayor por canal.			
2.3.4.4. Filtros ajustables:			
2.3.4.4.1. Filtro bajo que cubra como mínimo el rango de 1 a 500 Hz.			
2.3.4.4.2. Filtro alto que cubra como mínimo el rango de 15 a 10000 Hz.			
2.3.4.5. Nivel de ruido interno menor a 1 μ volts RMS.			
2.3.4.6. Con conectores tipo 5 pin DIN y conectores din.			
2.3.4.7. Con impedancia de entrada de al menos 50 Mohms.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 3 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			
<u>Manual 1, Pág. 1.22</u>			
2.3.4. Amplificador con brazo de soporte: <u>Catálogo 1, Pág. 1, 4.</u>			
2.3.4.1. De 4 canales. <u>Catálogo 1, Pág. 4.</u>			
2.3.4.2. Con ajuste de sensibilidad de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 μ V/mm por división, así como 1, 2, 5 y 10 mV/división. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.3. Se oferta Velocidad de Conversión (inversamente proporcional a la frecuencia de muestreo) de 10 microsegundos por canal, lo que equivale a 100,000 Hz por canal. <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1676 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.4. Filtros ajustables: <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.4.1. Filtro bajo que cubre el rango de 0.01 a 500 Hz y hasta 3 KHz. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.4.2. Filtro alto que cubre el rango de 10 a 20,000Hz. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.5. Nivel de ruido interno menor a 0.6 μ V RMS. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			
2.3.4.6. Con conectores tipo 5 pin DIN y conectores DIN. <u>Manual 1, Pág. 1.26, 12.16.</u>			
2.3.4.7. Con impedancia de entrada de 200 MOhms. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>			

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<p>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</p>			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			

2.3.4.8. Convertidor analógico – digital de 16 bits como mínimo.
2.3.5. Con protocolos establecidos por el fabricante y programación de protocolos por el usuario.
2.3.6. Probador de impedancia para electrodos con indicador visual de alta impedancia.
2.3.7. Que permita el cambio de montajes, filtros, sensibilidad y velocidad de barrido.
2.3.8. Con marcadores de latencia y amplitud.
2.3.9. Ingreso y almacenamiento de datos del paciente al menos nombre, fecha de nacimiento, peso, talla, impresión diagnóstica y tratamiento.
2.4. Sistema de revisión de datos:
2.4.1. Medición de frecuencias, amplitudes y duraciones.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 4 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			

2.3.4.8. Convertidor analógico digital de 16 bits. <u>Manual 1, Pág. 12.1.</u>
2.3.5. Con protocolos de exámenes y ajustes preestablecidos de fábrica y programación de protocolos y ajustes por el usuario. <u>Manual 1, Pág. 4.1, 4.4, 4.7, 5.1.</u>
2.3.6. Probador de impedancia para electrodos con indicador visual de alta impedancia respecto a un valor preestablecido ajustable entre 2, 5, 10 o 20 K. . <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1675 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Manual 1, Pág. 1.26, 12.1.</u>
2.3.7. Que permite el cambio de condiciones (montajes), filtros, sensibilidad y tiempo (velocidad) de barrido. <u>Manual 1, Pág. 3.29, 5.1, 5.4.</u>
2.3.8. Con cursores (marcadores) de latencia y amplitud en consola principal. <u>Catálogo 1, Pág. 3; Manual 1, Pág. 3.31.</u>
2.3.9. Ingreso y almacenamiento de los siguientes datos del paciente: nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, peso, talla, nombre del médico, historial (como impresión diagnóstica) e información del examen (como tratamiento). <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1678 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Manual 1, Pág. 7.5, 7.6.</u>
2.4. Sistema de revisión de datos: <u>Manual 1, Pág. 4.3, 4.6.</u>
2.4.1. Medición de latencias (frecuencias), amplitudes y duraciones. <u>Manual 1, Pág. 3.17, 5.25.</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			
2.4.2. Con marcadores de latencia y amplitud.			
2.4.3. Impresión de registros.			
2.5. Despliegue en pantalla a color de:			
2.5.1. Identificación del nombre del paciente, peso, talla, fecha y hora del estudio.			
2.5.2. De las 4 curvas de EMG como mínimo, con las siguientes características:			
2.5.2.1. Ganancia $\mu\text{V}/\text{div}$.			
2.5.2.2. Velocidad de barrido (ms/div).			
2.5.2.3. Amplitud.			
2.5.2.4. Duración.			
2.5.3. Filtro de 60 Hz.			
2.5.4. Adquisición y revisión.			
2.6. Interpretación y adquisición:			
2.6.1. Software de fácil manejo de acuerdo al fabricante para estudios de:			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATALOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 5 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			
2.4.2. Con cursores (marcadores) de latencia y amplitud. <u>Manual 1, Pág. 3.17.</u>			
2.4.3. Impresión de registros. <u>Manual 1, Pág. 8.1.</u>			
2.5. Despliegue en pantalla a color de: <u>Catálogo 1, Pág. 2.</u>			
2.5.1. Identificación del nombre del paciente, peso, talla, fecha y hora del estudio. <u>Manual 1, Pág. 3.21, 3.23, 7.7.</u>			
2.5.2. De las 4 curvas de EMG como mínimo, con las siguientes características: <u>Catálogo 1, Pág. 8.</u>			
2.5.2.1. Ganancia $\mu\text{V}/\text{div}$. <u>Manual 1, Pág. 3.16.</u>			
2.5.2.2. Velocidad (tiempo) de barrido (ms/div). <u>Manual 1, Pág. 3.16.</u>			
2.5.2.3. Amplitud. <u>Manual 1, Pág. 5.25.</u>			
2.5.2.4. Duración. <u>Manual 1, Pág. 5.25.</u>			
2.5.3. Filtro de 60 Hz. <u>Manual 1, Pág. 5.6.</u>			
2.5.4. Adquisición y despliegue (revisión). <u>Manual 1, Pág. 3.14, 3.15.</u>			
2.6. Análisis (Interpretación) y adquisición: <u>Manual 1, Pág. 3.15, 3.16.</u>			
2.6.1. Software de fácil manejo de acuerdo al fabricante para estudios de: <u>Catálogo 1, Pág. 2, 4; Manual 1, Pág. 1.3.</u>			

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<p>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</p>			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			

2.6.1.1. Electromiografía con grabación o almacenamiento de al menos 30 segundos, reflejo de parpadeo, estimulación repetitiva, electromiografía de fibra única, onda F, reflejo H.
2.6.1.2. Estudios de conducción nerviosa: velocidad de conducción motora, velocidad de conducción sensorial.
2.6.1.3. Potenciales evocados somato sensoriales: potencial evocado somato sensorial (SEP), potencial evocado de latencia corta (SSEP).
2.6.1.4. Potenciales evocados auditivos (ABR): Electrocoqueografía (ECoG), potenciales evocados de latencia media, potenciales evocados de latencia tardía (LLR) o lenta de vertex (SVR), de tallo cerebral o tallo encefálico (PATC o ABR).
2.6.1.5. Potenciales evocados visuales: destello en goggles y monitor de patrón reverso.
2.7. Almacenamiento:
2.7.1. Reporte en formato que pueda ser visualizado en otro sistema de cómputo.
2.7.2. Que permita el almacenamiento en dispositivos externos.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATALOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 6 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			

2.6.1.1. Electromiografía con grabación o almacenamiento de 600 segundos, reflejo de parpadeo, estimulación repetitiva, electromiografía de fibra única (software incluido), onda F, reflejo H. <u>Catálogo 1, Pág. 8; Manual 1, Pág. 1.3.</u>
2.6.1.2. Estudios de conducción nerviosa: velocidad de conducción motora, velocidad de conducción sensorial. <u>Manual 1, Pág. 1.3.</u>
2.6.1.3. Potenciales evocados somato sensoriales: potencial evocado somato sensorial (SEP), potencial evocado de latencia corta (SSEP). <u>Manual 1, Pág. 1.3.</u>
2.6.1.4. Potenciales evocados auditivos (ABR): Electrocoqueografía (ECoG), potenciales evocados de latencia media, potenciales evocados de latencia tardía (LLR) o lenta de vertex (SVR), de tallo cerebral o tallo encefálico (PATC o ABR). <u>Manual 1, Pág. 1.3.</u>
2.6.1.5. Potenciales evocados visuales: destello en goggles y monitor de patrón reverso. <u>Manual 1, Pág. 1.3.</u>
2.7. Almacenamiento: <u>Manual 1, Pág. 5.28.</u>
2.7.1. Reporte en formato Excel y Word que puede ser visualizado en otro sistema de cómputo. <u>Catálogo 1, Pág. 5.</u>
2.7.2. Que permita el almacenamiento en dispositivos externos. <u>Manual 1, Pág. 1.1, 7.1.</u>

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condese
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			
2.8. Plataforma de cómputo que soporte el software según el proveedor.			
2.8.1. Procesador Core i3 @ 2.30 GHz o mayor.			
2.8.2. Disco duro de 500 GB o mayor.			
2.8.3. Memoria RAM 3 Gb.			
2.8.4. Unidad CD-RW / DVD.			
2.8.5. Sistema operativo Windows.			
2.8.6. Teclado y mouse.			
2.8.7. Pantalla de 17" o mayor.			
2.8.8. Capacidad de crecimiento a programas adicionales.			
2.8.9. Con impresora láser.			
2.8.10. Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con regulador de voltaje.			
2.8.11. Supresor de picos.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 7 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			
2.8. Plataforma de cómputo que soporta software Windows. <u>Manual 1, Pág. 1.1.</u>			
2.8.1. Procesador Core i5 @ 3.3 GHz. <u>Catálogo 2, Pág. 16.</u>			
2.8.2. Disco duro de 500 GB. <u>Catálogo 2, Pág. 18.</u>			
2.8.3. Memoria RAM de 4 GB. <u>Catálogo 2, Pág. 17.</u>			
2.8.4. Unidad de DVD+/-RW. <u>Catálogo 2, Pág. 19.</u>			
2.8.5. Sistema operativo Windows 7 profesional. <u>Catálogo 1, Pág. 3; Catálogo 2, Pág. 15.</u>			
2.8.6. Teclado y mouse. <u>Catálogo 1, Pág. 2;</u>			
2.8.7. Pantalla de 19.45" tipo LED. <u>Catálogo 3, Pág. 1, 2.</u>			
2.8.8. Capacidad de crecimiento a programas adicionales. <u>Catálogo 1, Pág. 9.</u>			
2.8.9. Con impresora láser tipo blanco y negro. <u>Catálogo 4, Pág. 1, 2.</u>			
2.8.10. Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con regulador de voltaje y función de supresor de picos, en el mismo equipo UPS. <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1682 de Casa Plarre, S.A. de C.V. Catálogo 5, Pág. 1.</u>			
2.8.11. Supresor de picos incluido en el mismo equipo UPS. <u>Según Junta de Aclaraciones, Pregunta 1682 de Casa Plarre, S.A. de C.V.; Catálogo 5, Pág. 1.</u>			

biossmann

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara A
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gd@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			
2.9. Generador de reportes en formato configurable.			
2.10. Interruptor de pie (pedal).			
2.11. Sensor de temperatura de piel.			
2.12. Estimulador de corriente con punta de estimulación con control de intensidad y estímulo con al menos un juego de adaptadores de tamaño pediátrico y un juego de tamaño adulto.			
2.13. Audífonos externos.			
2.14. Audífonos de inserción.			
2.15. Goggles de destello (tipo LED).			
2.16. Al menos un juego completo de 20 electrodos reusables con disco o copa de cloruro de plata con baño de oro de 24 kilates de 10 mm. Que cumplan con el estándar din y longitud del cable de 1 a 1.5 metros como mínimo.			
2.17. Bocina para EMG.			
2.18. Discos de software de instalación de programas del EMG y plataforma de cómputo.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 8 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			
2.9. Generador de reportes en formato configurable con Word o Excel. <u>Manual 1, Pág. 8.1.</u>			
2.10. Interruptor de pie (pedal). <u>Manual 1, Pág. 1.27.</u>			
2.11. Sensor de temperatura de piel. <u>Catálogo 6, Pág. 5.</u>			
2.12. Estimulador de corriente con punta de estimulación con control de intensidad y control de encendido/apagado del estímulo. Además se oferta un electrodo de estimulación de puntas de distancia variable de 9 a 35 mm, para uso adulto y pediátrico. <u>Catálogo 6, Pág. 6; Manual 1, Pág. 1.28, 12.13.</u>			
2.13. Audífonos externos. <u>Catálogo 6, Pág. 7.</u>			
2.14. Audífonos de inserción. <u>Catálogo 6, Pág. 7.</u>			
2.15. Goggles de destello (tipo LED). <u>Catálogo 6, Pág. 6.</u>			
2.16. Un juego completo de 20 electrodos (2 cajas con 10 electrodos cada caja), reusables con copa de plata con baño de oro, 10 mm de diámetro. Que cumplen con el estándar DIN y longitud del cable de 1.5 metros (60"). <u>Catálogo 7, Pág. 2;</u>			
2.17. Bocina para EMG. <u>Manual 1, Pág. 1.19, 1.21.</u>			
2.18. Discos de software de instalación de programas del EMG y plataforma de cómputo.			

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
<p>NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)</p>			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			
<p>3. Accesorios:</p> <p>3.1. Carro de transporte rodable con sistema de frenos de diseño específico para el equipo ofertado. Según Precisión Técnica 34 de la Junta de Aclaraciones.</p>			
<p>4. Consumibles:</p> <p>4.1. Electrodo desechables de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario)</p> <p>4.2 Electrodo (agujas) concéntricos de al menos 4</p>			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 9 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			
<u>Manual 1, Pág. 2-3.11, 12.8.</u>			
<p>3. Accesorios:</p> <p>3.1. Carro de transporte rodable con sistema de frenos de diseño específico para el equipo ofertado. <u>Catálogo 1, Pág. 16; Manual 1, Pág. 2-1.1.</u></p> <p>3.2. Se incluyen de forma adicional los siguientes accesorios:</p> <p>3.2.1. Electrodo de dedo. <u>Catálogo 6, Pág. 5.</u></p> <p>3.2.2. Electrodo de estimulación de superficie (tipo barra). <u>Catálogo 6, Pág. 6.</u></p> <p>3.2.3. Electrodo de superficie (pareados), con cable de 2.3m. <u>Catálogo 6, Pág. 4.</u></p> <p>3.2.4. Electrodo de tierra tipo disco. <u>Catálogo 6, Pág. 6.</u></p> <p>3.2.5. Electrodo de tierra con cinta velcro, 1 de muñeca para adulto, 1 de tobillo para adulto y 1 de muñeca pediátrico, con longitud de 1.5 m. <u>Catálogo 6, Pág. 6.</u></p>			
<p>4. Consumibles:</p> <p>4.1. Electrodo desechables de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes 25, 38, 50 y 75 mm de largo. Se oferta una caja con 10 piezas de cada medida. <u>Catálogo 9, Pág. 1, 2.</u></p> <p>4.2 Electrodo (agujas) concéntricos de 4 medidas</p>			

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			
medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario)			
4.3. Al menos 5 electrodos (agujas) de fibra única (únicamente para estudios de pacientes con miastenia gravis). Incluir registro sanitario.			
4.4. Esponjas para audífonos de inserción. Al menos 200 piezas.			
4.5. Pasta conductiva para electrodos. Al menos 3 frascos o tubos.			
4.6. Pasta abrasiva para la piel del paciente. Al menos 3 frascos o tubos.			
4.7. Papel para impresora al menos mil hojas.			
4.8. Tóner para impresora.			
5. Instalación:			
5.1. Eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.			
6. Mantenimiento:			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 10 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			
diferentes 25, 38, 50 y 75 mm de largo. Se oferta una caja con 25 piezas de cada medida. <u>Catálogo 10, Pág. 2.</u>			
4.3. Se incluyen 5 electrodos (agujas) de fibra única (únicamente para estudios de pacientes con miastenia gravis). <u>Catálogo 6, Pág. 4.</u> <i>Se incluye al final de los folletos referenciados copia del Registro Sanitario No. 1456E95 SSA, de las Agujas de Fibra Única H650A y H660 de la Marca Nihon Kohden.</i>			
4.4. Esponjas para audífonos de inserción. Se incluyen 200 piezas (80 grandes, 60 medianas y 60 chicas). <u>Catálogo 6, Pág. 7.</u>			
4.5. Pasta conductiva para electrodos. Se incluyen 3 piezas de 8 oz (228 gr) cada una. <u>Catálogo 6, Pág. 7.</u>			
4.6. Pasta abrasiva para la piel del paciente. Se incluyen 4 tubos de 135 gr cada uno. <u>Catálogo 6, Pág. 7.</u>			
4.7. Papel para impresora, se incluyen 2 paquetes de 500 hojas. <u>Catálogo 11, Pág. 1.</u>			
4.8. Se incluye 1 cartucho blanco/negro para la impresora. <u>Catálogo 4, Pág. 2.</u>			
5. Instalación:			
5.1. Eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz. <u>Manual 1, Pág. 12.3.</u>			
6. Mantenimiento:			

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.333.0317.01.01	FECHA IMP.:	22/07/2016
CLAVE PREI:	000000000011803	HORA IMP.:	10:11:18
NOMBRE GENERICO ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)			
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS			
6.1. Preventivo.			
6.2. Correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.			
7. Normas – Estándares vigentes:			
7.1. Para bienes nacionales e internacionales:			
7.1.1. Registro sanitario.			
7.1.2. Certificado ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.			
7.2. Para bienes nacionales incluir:			
7.2.1. Certificado de buenas prácticas de fabricación.			
7.3. Para bienes internacionales incluir:			
7.3.1. Certificado FDA o Health Canadá o CE o JIS o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.			

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN
LICITACION:	LA-019GYR040- E11-2016	MODELO:	MEB-9400
PARTIDA:	43	CATALOGO:	CATÁLOGOS 1 AL 11 Y MANUAL 1
CANTIDAD:	12	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN CORPORATION HOJA 11 DE 11
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE			
6.1. Preventivo.			
6.2. Correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.			
7. Normas – Estándares vigentes:			
7.1. Para bienes nacionales e internacionales:			
7.1.1. Registro sanitario. <u>Se incluye en la propuesta</u>			
7.1.2. Certificado ISO13485:2003. <u>Se incluye en la propuesta</u>			
7.2. Para bienes nacionales incluir:			
7.2.1. Certificado de buenas prácticas de fabricación.			
7.3. Para bienes internacionales incluir:			
7.3.1. Certificado CE. <u>Se incluye en la propuesta</u>			

ATENTAMENTE

**ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

brossmanni

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

SIN TEXTO

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI	531.619.0403.02.01	F. IMPRESION	22/07/2016
CLAVE PREI	000000000016400	HORA:	21:10:00
NOMBRE GENERICO MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA			

LICITANTE	CASA PLARRE SA DE CV	MARCA	NIHON KOHDEN
LICITACION	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO	BSM-6701K
PARTIDA	50	CATALOGO	
CANTIDAD	17	FABRICANTE	NIHON KOHDEN

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

<p>1 Definición</p> <p>1.1 Equipo invasivo y no invasivo que registra en pantalla las constantes vitales del paciente, con fines diagnósticos y terapéuticos</p>	<p>1 Definición</p> <p>1.1 Equipo invasivo y no invasivo que registra en pantalla las constantes vitales del paciente, con fines diagnósticos y terapéuticos CATALOGO 1, PÁG. 1 GUIA DE USUARIO 1, PÁG. V</p>
<p>2 Descripción</p> <p>2.1 Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo</p> <p>2.2 Con conexión a red de monitoreo vía inalámbrica</p> <p>2.3 Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación</p> <p>2.4 Pantalla a color LCD o TFT o tecnología superior</p> <p>2.5 Despliegue de curvas fisiológicas al menos 8 curvas simultaneas</p> <p>2.6 Monitoreo de los siguientes parámetros</p> <p>2.7 ECG</p> <p>2.7.1 Despliegue simultaneo de al menos 2 curvas, a elegir de 12 derivaciones</p> <p>2.7.2 Función de despliegue simultaneo de hasta 12 derivaciones</p> <p>2.7.3 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas(al menos 3 canales simultáneos)</p>	<p>2 Descripción</p> <p>2.1 Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas CATALOGO 1, PÁG. 2 Y 3</p> <p>2.2 Con conexión a red de monitoreo vía inalámbrica HOJA TECNICA, PÁG. 2</p> <p>2.3 Salida analógica de ECG HOJA TECNICA, PÁG. 10</p> <p>2.4 Pantalla a color LCD TFT HOJA TECNICA, PÁG. 2</p> <p>2.5 Hasta 15 curvas fisiológicas desplegadas simultáneamente HOJA TECNICA, PÁG. 2</p> <p>2.6 Monitoreo de los siguientes parámetros HOJA TECNICA, PÁG. 2</p> <p>2.7 ECG GUIA DE USUARIO 2, PÁG. 1.13</p> <p>2.7.1 Despliegue simultaneo de 3 curvas a elegir de 12 derivaciones GUIA DE USUARIO 2, PAG. 1.13 HOJA TECNICA, PÁG. 5</p> <p>2.7.2 Función de despliegue simultaneo de hasta 12 derivaciones GUI DE USUARIO 1, PÁG. 7.3</p> <p>2.7.3 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas(al menos 3 canales simultáneos) GUIA DE USUARIO 2, PÁG. 1.13</p>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI	531.619.0403.02.01	F. IMPRESION	22/07/2016
CLAVE PREI	000000000016400	HORA:	21:10:00
NOMBRE GENERICO MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	CASA PLARRE SA DE CV	MARCA	NIHON KOHDEN
LICITACION	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO	BSM-6701K
PARTIDA	50	CATALOGO	
CANTIDAD	17	FABRICANTE	NIHON KOHDEN

HOJA 2 DE 7

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

	GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 7.3
2.7.4 Detección de por lo menos 10 arritmias	2.7.4 Detección de 23 arritmias HOJA TECNICA, PÁG. 5
2.7.5 Despliegue numérico de frecuencia cardiaca	2.7.5 Despliegue numérico de frecuencia cardiaca GUI DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.7.6 Protección contra descarga de desfibrilador	2.7.6 Protección contra descarga de desfibrilador HOJA TECNICA, PÁG. 5
2.7.7 Detección de marcapasos	2.7.7 Detección de marcapasos HOJA TECNICA, PÁG. 5
2.8 SPO2	2.8 SPO2 GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.8.1 Curva de pletismografía	2.8.1 Curva de pletismografía GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.8.2 Despliegue numérico de saturación de oxígeno	2.8.2 Despliegue numérico de saturación de oxígeno GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.9 Respiración	2.9 Respiración GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.9.1 Curva de respiración	2.9.1 Curva de respiración GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.9.2 Despliegue numérico de frecuencia respiratoria	2.9.2 Despliegue numérico de frecuencia respiratoria GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.10 Temperatura	2.10 Temperatura GUI DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.10.1 Despliegue numérico de al menos 2 temperaturas	2.10.1 Despliegue numérico de 2 temperaturas GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.10.2 Medición de la diferencia de temperatura	2.10.2 Medición de la diferencia de temperatura GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.11 Presión no invasiva	2.11 Presión no invasiva GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6
2.11.1 Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)	2.11.1 Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media) GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 4.6

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de GuevarA
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI	531.619.0403.02.01	F.	22/07/2016
		IMPRESION	
CLAVE PREI	000000000016400	HORA:	21:10:00
NOMBRE GENERICO			
MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	CASA PLARRE SA DE CV	MARCA	NIHON KOHDEN
LICITACION	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO	BSM-6701K
PARTIDA	50	CATALOGO	
CANTIDAD	17	FABRICANTE	NIHON KOHDEN

HOJA 3 DE 7

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.11.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo	2.11.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo HOJA TECNICA, PÁG. 6
2.12 Presión invasiva	2.12 Presión invasiva GUIA DE USUARIO 2, PÁG. 6.2
2.12.1 En al menos 2 canales	2.12.1 En 2 canales GUIA DE USUARIO 2, PÁG. 6.2
2.12.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos seis de los siguientes: presión arterial, presión venosa central, presión genérica o especial o definida por el usuario, arteria pulmonar, intracraneal, a aurícula derecha, aurícula izquierda, presión arterial umbilical, presión venosa umbilical.	2.12.2 Etiquetado del sitio de medición entre los cuales están los siguientes: presión arterial, presión venosa central, presión genérica o especial o definida por el usuario, arteria pulmonar, intracraneal, a aurícula derecha, aurícula izquierda, presión arterial umbilical, presión venosa umbilical. GUIA DE USUARIO 2, PÁG. 6.17
2.13 Capnografía	2.13 Capnografía HOJA TECNICA, PÁG. 7
2.13.1 Por medio de mainstream o sidestream o microstream	2.13.1 Por medio de mainstream o sidestream o microstream HOJA TECNICA, PÁG. 7
2.13.2 Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado	2.13.2 Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado GUIA DE USUARIO 2, PÁG. 3.18
2.14 Registrador térmico o impresora térmica interconstruido o modulo insertable	2.14 Registrador térmico interconstruido HOJA TECNICA, PÁG. 10
2.14.1 De dos o más canales	2.14.1 De tres canales HOJA TECNICA, PÁG. 10
2.14.2 Cinco rollos de papel	2.14.2 Diez rollos de papel HOJA TECNICA, PÁG. 10
2.15 Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier estación de trabajo dentro de la unidad médica. Se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante.	2.15 Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier estación de trabajo dentro de la unidad médica. Se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. CATALOGO 2, PÁG. 10

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI	531.619.0403.02.01	F.	22/07/2016
		IMPRESION	
CLAVE PREI	000000000016400	HORA:	21:10:00
NOMBRE GENERICO			
MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	CASA PLARRE SA DE CV	MARCA	NIHON KOHDEN
LICITACION	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO	BSM-6701K
PARTIDA	50	CATALOGO	
CANTIDAD	17	FABRICANTE	NIHON KOHDEN

HOJA 4 DE 7

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

<p>2.16 Con interface para el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante.</p>	<p>2.16 Con interface para el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. CATALOGO 2, PAG. 10</p>
<p>2.17 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos.</p>	<p>2.17 Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. HOJA TECNICA, PÁG. 2</p>
<p>2.18 Que cubra uso desde neonato hasta adulto</p>	<p>2.18 Que cubra uso desde neonato hasta adulto HOJA TECNICA, PÁG. 3</p>
<p>2.19 Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los limites superior e inferior de los siguientes parámetros:</p>	<p>2.19 Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los limites superior e inferior de los siguientes parámetros: HOJA TECNICA, PÁG. 4</p>
<p>2.19.1 Saturación de oxígeno</p>	<p>2.19.1 Saturación de oxígeno HOJA TECNICA, PÁG. 6</p>
<p>2.19.2 Frecuencia cardiaca</p>	<p>2.19.2 Frecuencia cardiaca HOJA TECNICA, PÁG. 5</p>
<p>2.19.3 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media)</p>	<p>2.19.3 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media) HOJA TECNICA, PÁG. 6</p>
<p>2.19.4 Temperatura</p>	<p>2.19.4 Temperatura HOJA TECNICA, PÁG. 7</p>
<p>2.19.5 Frecuencia respiratoria</p>	<p>2.19.5 Frecuencia respiratoria HOJA TECNICA, PÁG. 6</p>
<p>2.19.6 CO2</p>	<p>2.19.6 CO2 HOJA TECNICA, PÁG. 7</p>
<p>2.19.7 Presión invasiva</p>	<p>2.19.7 Presión invasiva HOJA TECNICA, PÁG. 6</p>
<p>2.20 Alarma de apnea</p>	<p>2.20 Alarma de apnea HOJA TECNICA, PÁG. 6</p>
<p>2.21 Alarma de arritmia</p>	<p>2.21 Alarma de arritmia</p>

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de CuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI	531.619.0403.02.01	F.	22/07/2016
		IMPRESION	
CLAVE PREI	000000000016400	HORA:	21:10:00
NOMBRE GENERICO			
MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	CASA PLARRE SA DE CV	MARCA	NIHON KOHDEN
LICITACION	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO	BSM-6701K
PARTIDA	50	CATALOGO	
CANTIDAD	17	FABRICANTE	NIHON KOHDEN

HOJA 5 DE 7

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.22 Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor	GUIA DE USUARIO 1, PÁG. 5.10 2.22 Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor GUIA DE USUARIO 1, 5.17
2.23 Con silenciador de alarmas	2.23 Con silenciador de alarmas GUIA DE USUARIO 1, PAG. 5.5
2.24 Interface, menús y mensajes en español	2.24 Interface, menús y mensajes en español HOJA TECNICA, PÁG. 3
2.25 Sistema de fijación para cada monitor: montaje de pared	2.25 Sistema de fijación para cada monitor: montaje de pared CATALOGO 3, PÁG. 1
2.26 Función o perfil de cálculos hemodinámicos	2.26 Cálculos hemodinámicos HOJA TECNICA, PÁG. 7
3 ACCESORIOS	3 ACCESORIOS
3.1 Para adulto/pediátrico	3.1 Para adulto/pediátrico HOJA TECNICA, PÁG. 14
3.1.1 Un cable troncal y dos sensores para oximetría de pulso tipo dedal adulto/peidiátrico reusables	3.1.1 Un cable troncal y dos sensores para oximetría de pulso tipo dedal adulto/peidiátrico reusables HOJA TECNICA, PÁG. 14
3.1.2 Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por canal	3.1.2 Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por canal HOJA TECNICA, PÁG. 15
3.1.3. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes	3.1.3. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes HOJA TECNICA, PÁG. 14 Y 15
3.1.4 Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos 5 puntas	3.1.4 Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos 5 puntas HOJA TECNICA, PÁG. 13
3.1.5 Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vías aéreas desechables.	3.1.5 Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable. HOJA TECNICA, PÁG. 15

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI	531.619.0403.02.01	F:	22/07/2016
		IMPRESION	
CLAVE PREI	000000000016400	HORA:	21:10:00
NOMBRE GENERICO MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA			

LICITANTE	CASA PLARRE SA DE CV	MARCA	NIHON KOHDEN
LICITACION	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO	BSM-6701K
PARTIDA	50	CATALOGO	
CANTIDAD	17	FABRICANTE	NIHON KOHDEN
HOJA 6 DE 7			

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.1.6 Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales.	3.1.6 Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales. NO SE OFERTA
3.1.7 Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales	3.1.7 Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales NO SE OFERTA
3.1.8 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor y un transductor reusable con 20 domos desechables o 10 kits de transductor desechable, por canal.	3.1.8 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor y un transductor reusable con 20 domos desechables por canal. GUIA DE USUARIO 2, PÁG. 6.5
4 CONSUMIBLES	4 CONSUMIBLES
4.1 Para adulto/pediátrico	4.1 Para adulto/pediátrico HOJA TECNICA, PÁG. 13
4.1.1 Electrodo para ECG adulto/pediátrico. (al menos 300)	4.1.1 Electrodo para ECG adulto/pediátrico. (al menos 300) HOJA TECNICA, PÁG. 13
5 Instalación	5 Instalación
5.1 Eléctrica 110v, 60hz +-10%	5.1 Eléctrica 110v, 60hz +-10% HOJA TECNICA, PÁG. 10
6 Mantenimiento	6 Mantenimiento
6.1 Preventivo	6.1 Preventivo
6.2 Correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos por la convocatoria	6.2 Correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos por la convocatoria
7 Normas estándares vigentes	7 Normas estándares vigentes
7.1 Para bienes nacionales e internacionales	7.1 Para bienes nacionales e internacionales
7.1.1 Registro sanitario	7.1.1 Registro sanitario
7.1.2 Certificado ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV	7.1.2 Certificado ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV
7.2 Para bienes nacionales incluir	7.2 Para bienes nacionales incluir
7.2.1 Certificado de buenas prácticas de fabricación	7.2.1 Certificado de buenas prácticas de fabricación
7.3 Para bienes internacionales incluir:	7.3 Para bienes internacionales incluir:

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI	531.619.0403.02.01	F.	22/07/2016
		IMPRESION	
CLAVE PREI	000000000016400	HORA:	21:10:00
NOMBRE GENERICO MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	CASA PLARRE SA DE CV	MARCA	NIHON KOHDEN
LICITACION	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO	BSM-6701K
PARTIDA	50	CATALOGO	
CANTIDAD	17	FABRICANTE	NIHON KOHDEN

HOJA 7 DE 7

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

7.3.1 Certificados FDA o Health Canada o CE o JIS o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

7.3.1 Certificados FDA o Health Canada o CE o JIS o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

ATENTAMENTE

ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Cuevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

SIN TEXTO

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.6 CRITERIOS DE "EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"

LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	FECHA:	25 DE JULIO DE 2016.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AV. DIAGONAL DE PATRIOTISMO No. 1 PISO A2, COL. HIPODROMO CONDESA, C.P. 06170, DEL. CUAUHTEMOC,		
R.F.C.	CPL-851230-512		
TELÉFONO Y FAX	(55) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@casaplarre.com		

Capacidad del Licitante		Experiencia y Especialidad		Desempeño de Contratos	
1	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	0083EM	2010	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA PARA CATETERISMO CARDIACO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA
2		D250168	2012	UNIDAD RADIOLOGICA BASICA	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA
3		0320	2013	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN 'C' AVANZADA	CARTA DE LA AFIANZA DORA
4	DOS SUCURSAL ES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	452000156 0-2014	2014	UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE O MÓVIL.	REMISION, FACTURA 90001112 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA
5		D55023BI	2015	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA

PARTIDA 9
UNIDAD
RADIOLOGICA Y
FLUOROSCOPICA
DIGITAL CON
TELEMANDO.

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
Av. Cuahtémoc No. 220-201
Col. Doctores
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

No.	Descripción de los bienes	Características de los bienes	Marca	Modelo	Capacidad del inventario	Quantidad y supervisión	Supervisión y supervisión	Garantía de los bienes	Partida que incluye	
1	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10B1030	2010	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 41 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.
11B1079						2011	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
12B10014						2012	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
2	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	13B10069	2013	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 41 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.
BIN450007						2014	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
4500018717/2015						2015	CARRO ROJO RODABLE PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA Y AVANZADA	FACTURA 90001231 Y ACTA DE ENTREGA		
3	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	13B10069	2013	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 41 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.
BIN450007						2014	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
4500018717/2015						2015	CARRO ROJO RODABLE PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA Y AVANZADA	FACTURA 90001231 Y ACTA DE ENTREGA		
4	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	13B10069	2013	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 41 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.
BIN450007						2014	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
4500018717/2015						2015	CARRO ROJO RODABLE PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA Y AVANZADA	FACTURA 90001231 Y ACTA DE ENTREGA		
5	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	13B10069	2013	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 41 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.
BIN450007						2014	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
4500018717/2015						2015	CARRO ROJO RODABLE PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA Y AVANZADA	FACTURA 90001231 Y ACTA DE ENTREGA		
6	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	13B10069	2013	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 41 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR.
BIN450007						2014	EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
4500018717/2015						2015	CARRO ROJO RODABLE PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA Y AVANZADA	FACTURA 90001231 Y ACTA DE ENTREGA		

R.F.C.: CPL-851230-S12

biossmann

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06770 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuahutémoc D.F.
 Av. Cuahutémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Miltras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

1	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA PARA PREVIO AL MES 42	10B1919	2010	ELECTROENCEFALOG RAFO 32 CANALES	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 43 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)
2						00012003-001-08	2011	ELECTROMIOGRAFO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
3						D350087	2013	ELECTROENCEFALOG RAFO 32 CANALES	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
4						D45071BI	2014	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		
5						B1201503	2015	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA		

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 067170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Miras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalupe
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalupe, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

R.F.C.: CPL-851230-512



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

1					42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO O MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA RA PREVIO AL MES 42	CAD13/19/2011	2011	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 31 MONITOR DE SIGNOS VITALES
						6110	2012	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	CARTA CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO	
2	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	13B10018	2013	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CUATRO CAMAS (CON ACCESORIOS PARA DOS PACIENTES PEDiatricos Y DOS NEONATALES	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	PARTIDA 50 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA
						D4M0119	2014	MONITOR DE SIGNOS VITALES	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
3						15B10236	2015	MONITOR DE SIGNOS VITALES	REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA	
4										
5										

biossmann

Patotismo D.F.
 Diagonal de patotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Candesa
 CP. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Quauhénoc D.F.
 Av. Cuauhénoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 CP. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 CP. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Esdón de Guevará
 CP. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

R.F.C.: CPL-851230-S12



4	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA ARA PREVIO AL MES 42	ORDEN A-584	2013	VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	FACTURA 454	PARTIDA 46 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO.
5			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	TO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA ARA PREVIO AL MES 42	CADPE-EM-LPE-015-2014-6	2014	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO	FACTURA 1018 Y REMISION	
6						ARA PREVIO AL MES 42	15BI0671	2015	VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	

ATENTAMENTE

Alberto Paulino Basurto
ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Miltras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

R.F.C.: CPL-851230-512



SIN TEXTO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

Anexo No. 5
 Plarres con PMR - Sin Abastecimiento Similares.

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE BIENES COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019370AC-01-2016
 FECHA: 28/07/2016

ASISTENTE: ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE DE PATRIOTISMO NO. 1 PRDO A-2, COL. HÉROES DEL CUARENTENO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06770

R.F.C.: CP18712092E

TELÉFONO: (0155) 91 34 02 70

CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@casaplarre.com


Pérdida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PMR SIN IVA	Porcentaje de Descuento (Deberá coincidir con el de Compras)	Descuento	Precio Unitario con Descuento sin IVA	Importe Total deviendo sin IVA
9	0000000018183	537.341.0481.05.01	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	9	5,790,307.00	19.37%	794,800.81	5,985,507.20	47,844,058.38
10	0000000017208	531.616.5106.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROHEMILICA PARA GINECOLOGIA	14	509,739.40	24.47%	124,528.40	385,210.99	5,352,943.35
21	0000000012607	531.616.5116.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA PARA NEUROLOGIA Y UROLOGIA	11	728,638.40	26.05%	193,375.05	535,263.35	6,007,758.35
25	0000000012178	531.624.0022.01.01	ELECTROENCEFALOGRAMA DE 32 CANALES PARA ORTOPEEDIA Y TRAUMATOLOGIA	5	972,408.80	24.09%	232,544.72	640,864.08	3,214,735.01
30	0000000010391	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMARAS CINCO CAMARAS	6	350,115.24	3.44%	10,443.50	339,671.74	2,038,834.42
35	0000000010452	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMARAS DOCE CAMARAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEEDIA	3	1,994,740.36	24.85%	495,284.04	1,499,456.32	2,990,410.09
36	0000000017749	531.653.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	4,090,258.00	28.72%	1,090,544.54	2,999,713.46	6,656,207.79
40	0000000018402	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMARAS CATORCE CAMARAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEEDIA	79	446,813.34	21.70%	93,860.25	352,953.09	38,963,944.34
41	0000000011870	531.618.1417.00.01	CARGO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA RENOVACION CON DESFIBRILADOR MONITOR	1	4,634,463.00	28.84%	1,308,080.25	3,326,382.75	3,299,872.84
50	0000000010440	531.670.0493.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA	26	191,673.31	15.80%	31,060.08	160,613.22	4,105,693.02
				187	171,462.81	21.05%	36,111.05	135,351.76	2,295,533.15
								SUB-TOTAL	124,498,334.54
								18% I.V.A.	20,357,918.17
								TOTAL	140,844,444.75

IMPORTE TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100

NOTA: El precio que resulta después de aplicar el porcentaje de descuento ofrecido al Precio Máximo de Referencia. Precio Unitario con Descuento* sea fijo durante la vigencia del contrato.

LOS PRECIOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OPERADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.



Biosmann México S de RL
 Dirección de Contratación Pública, Pisos 4 y 5
 C. P. 06770 México, D.F.
 México, D.F. - Tel: 55 52 12 12 12
 www.biosmann.com

Biosmann México S de RL
 Avenida de las Américas, S/N
 P.O. Box 1000, México, D.F. 06770
 México, D.F. - Tel: 55 52 12 12 12
 www.biosmann.com

Biosmann México S de RL
 Calle de la Amistad, S/N
 P.O. Box 1000, México, D.F. 06770
 México, D.F. - Tel: 55 52 12 12 12
 www.biosmann.com



plarre

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA.
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

PROPOSICIÓN ECONOMICA

PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-D181GR0406-E11-2016 ELECTRÓNICA	FECHA:	25/07/2016
PROBANTE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DIRECCIÓN:	DIAGONAL DE PATRONISHO NO. 1 PISO A-2, COL. HIPÓCRITO CONDESA, DEL CUARTHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170		
R.F.C.:	CLL85123652		
TELÉFONO:	(0155) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRÓNICO:	eladones@casaplarre.com		

Partida	PROB	SM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario \$PVA	Importe Total \$PVA
43	000000000011803	531.333.0317.01.01	ELECTROGRÁFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)	12	429,900.00	5,148,800.00
47	000000000016364	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.	5	1,755,000.00	8,775,000.00
				17		
					SUB-TOTAL	13,923,800.00
					18% I.V.A.	2,227,488.00
					TOTAL	16,149,288.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA: DIECISEIS MILONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0363

ANEXO 3

**“GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y
FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO”, DIRECTORIO
DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE
CONTRATO”**

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 07 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	Descripción	Cantidad Quirúrgica	Cantidad Fisioterápica	UMAF (No. d. UCM)	TOTAL EQUIPO (E+FG)	Cantidad Total	% In Items	Cantidad Fisioterápica	% In Items	Cantidad Quirúrgica
1	531.156.0089.03.01 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.					6				
2	531.160.0026.03.01 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA.					2				
3	531.168.0069.02.01 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.	1			1	228	79%	181	78	
4	531.291.0028.01.01 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESORA)					277	73%	202	87	
5	531.324.0201.03.01 ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.					9				
6	531.325.0069.01.01 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLÓGICA.					2				
7	531.327.0257.01.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.					12				
8	531.328.0116.02.01 UNIDAD DE ELECTROCIURGÍA (GINECOLÓGICA).					42	40%	72	17	
9	531.341.0481.05.01 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO.					8				
10	531.341.0499.01.01 UNIDAD RADIOLÓGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).					45	73%	33	13	
11	531.341.2479.03.01 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C.					9	67%	23	6	
12	531.341.2552.01.01 LASER QUIRÚRGICO NEODYMIUM-YAG.					2				
13	531.350.0026.01.01 ESPIRÓMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO.					1				
14	531.361.0171.01.01 FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA; ESTADO SOLIDO.					9				
15	531.430.0061.01.01 Incubadora de traslado.					5				
16	531.497.0053.02.01 Lámpara quirúrgica doble.	1			1	12				
17	531.562.1010.04.01 Lámpara quirúrgica doble.	6			7	82				
18	531.562.1457.01.01 LAMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED	1			5	89	120%	107	44	
19	531.616.5108.01.01 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA (PARA GINECOLOGÍA).	5			5	546	71%	391	171	
20	531.616.5116.01.01 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIURGIA Y LAMINECTOMIA).					14				
21	531.616.5116.01.01 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA).					11				
						5				



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

SOLVENTADO EN NOMISMI
 SOXENAV

Partida	Partida	Descripción	Quantidad Quirófanos	Quantidad Toxicología	UMAFERGO (No.4 ILEGIT)	TOTAL EAO 2016 (EAF+G)	RETOS/Equip.	Capital Total	50 años	25 años	Capital 25 años	Capital 20 años	Capital 15 años
22	12050	531.626.0024.02.01 MICROSCOPIO PARA NEUROCIURUGIA					3	3					
23	12056	531.626.0123.02.01 MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIURUGIA DE ALTA ESPECIADAD.					2	2					
24	12074	531.670.0060.01.01 UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.					7	7					
25	12176	531.925.0022.01.01 ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.					6	6					
26	12229	533.159.0132.01.01 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL					12	12					
27	12293	533.622.0057.02.01 MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO.					2	2					
28	16313	531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD					14	14					
29	16342	531.316.0094.03.01 VIDEODENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE.					10	10					
30	16361	531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.					3	3					
31	16398	531.619.0403.02.01 Monitor de signos vitales	12			18	417	435	69%	31%	302	133	
32	16417	531.924.0031.03.01 ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO.					9	9					
33	16418	531.924.0031.03.01 ULTRASONÓGRAFO AVANZADO.					15	15					
34	16434	531.791.0031.02.01 RESONANCIA MAGNETICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR.					2	2					
35	16452	531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, DOCE CAMAS DE TRAUMA.					1	1					
36	17033	531.254.0049.04.01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES, UNI					5	5					
37	17408	531.053.0364.00.01 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA.					3	3					
38	17409	531.053.0372.00.01 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA.	5			5	13	16					
39	18655	531.941.1012.01.01 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICA/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL					4	4					
40	18802	531.941.1012.01.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CATORCE CAMAS DE TRAUMA.					1	1					
41	18870	531.632.0554.03.01 CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON					26	26					
42	18870	531.191.0417.00.01 DESFIBRILADOR MONITOR. SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO.					7	7					



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	Sub	Descripción	Capítulo Clasificación	Quinteto Tercer parte	UNAE HGO (No. 1 UGIM)	TOTAL DAO 2010 (E-F-P-G)	ENTRADA TOTAL	Cuota Fondo	Porcentaje Fondo	Cantidad Física	Cantidad Física	Cantidad Física
43	11803	531.535.0317.01.01 ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)					7			7		
44	11929	531.497.2083.02.01 INCURADORA PARA RECIÉN NACIDO.			6	6	93	65%	35%	60	33	*
45	12188	531.941.0048.01.01 Ventilador neonatal para cutáneos intensivos					19					
46	12193	531.941.0972.03.01 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO.					108	79%	21%	85	23	*
47	16364	531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.					4					
48	16377	531.252.0033.02.01 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (SIN FOTOTERAPIA)		5		5	66	82%	18%	58	13	*
49	16378	531.252.0033.02.01 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA)					69	78%	22%	54	15	*
50	16400	531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.					14					
51	16414	531.941.0980.03.01 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO- NEONATAL		1		1	61			62		
			23	23		52	2,401			2,453	1,568	633

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida	IMP	SEI	EQUIPO	Existencia	Requisito	Existencia	Valor	Tarifa	Carácter (Requisito)	Grupos	Requisito	Nivel de Inversión	Nivel de Servicio	Requisito	Nivel de Servicio	Requisito	Nivel de Servicio	Requisito	Nivel de Servicio
50	16400	S31.619.0M03.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	fundamental	SI Req.	SI req.							90
51	16414	S31.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.							90

NIVEL DE CAPACITACIÓN		TIPO DE CAPACITACIÓN:	
NOMENCLATURA		NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.	
No Req		Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.	
F = FUNDAMENTAL		Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.	
I = INTERMEDIA.		Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.	
A = AVANZADA			

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

Estado	Delegación	Municipio	Administrador	Calificación	FEI	SEI	Descripción	Cantidad	Abastecimiento Simultáneo
26	MORELOS	HGRMF1 PLAN DE AYALA, MOR	Avenida Plan de Ayala No. 201, Colonia Ricardo Flores Magón C.P. 62451 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	12229	533.159.0132.01.01	Campaña de laminar vertical.	1	
26	MORELOS	UMF20 CUERNAVACA, MOR	Boulevard Benito Juárez No. 18, Colonia Cuernavaca Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	12229	533.159.0132.01.01	Campaña de laminar vertical.	1	
31	MORELOS	HGZMF7 CUAUTLA, MOR	Calle Tulipanes No. 2, Colonia Centro C.P. 62740 Cuautla, Municipio de Cuautla, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	2	*
31	MORELOS	HGZMF5 ZACATEPEC, MOR	Avenida Lázaro Cárdenas No. 5/N, Colonia Centro C.P. 62780 Zacatepec de Hidalgo, Municipio de Zacatepec, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	2	*
31	MORELOS	HGZMF5 ZACATEPEC, MOR	Avenida Lázaro Cárdenas No. 5/N, Colonia Centro C.P. 62780 Zacatepec de Hidalgo, Municipio de Zacatepec, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	1	*
31	MORELOS	HGRMF1 PLAN DE AYALA, MOR	Avenida Plan de Ayala No. 201, Colonia Ricardo Flores Magón C.P. 62451 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	1	*
31	MORELOS	UMF3 JIUTEPEC, MOR	Avenida Insurgentes No. 1, Colonia Centro Jiutepec C.P. 62550 Jiutepec, Municipio de Jiutepec, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	1	*
31	MORELOS	UMF23 JIUTEPEC, MOR	Calle Calle 40 No. 5/N, Colonia Civic C.P. 62578 Jiutepec, Municipio de Jiutepec, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	1	*
37	MORELOS	HGZMF5 ZACATEPEC, MOR	Avenida Lázaro Cárdenas No. 5/N, Colonia Centro C.P. 62780 Zacatepec de Hidalgo, Municipio de Zacatepec, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	17408	531.059.0364.00.01	Unidad de anestesia básica.	1	
41	MORELOS	HGZMF7 CUAUTLA, MOR	Calle Tulipanes No. 2, Colonia Centro C.P. 62740 Cuautla, Municipio de Cuautla, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	18870	531.191.0417.00.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor.	1	
41	MORELOS	UMF17 TEZOYUCA, MOR	Avenida Emiliano Zapata No. 24, Pueblo Tezooyuca C.P. 62767 Tezooyuca, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	18870	531.191.0417.00.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor.	1	
43	MORELOS	HGRMF1 PLAN DE AYALA, MOR	Avenida Plan de Ayala No. 201, Colonia Ricardo Flores Magón C.P. 62451 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	11803	531.333.0317.01.01	Electromiografo de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	1	
44	MORELOS	HGZMF7 CUAUTLA, MOR	Calle Tulipanes No. 2, Colonia Centro C.P. 62740 Cuautla, Municipio de Cuautla, Morelos	Ing. Adriana Becarril Alquicira	11929	531.497.2068.02.01	Incubadora para recién nacido.	1	*

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

**DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN**

País	Estado	Comunidad	Municipio	Administrador	Categoría	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Abastecimiento
48	MORELOS	HGZMF 7 Cuautla	Cuautla, Municipio de Cuautla, Morelos	Ing. Adriana Becerra Alquicha	Ingeniero Biomédico Delegacional	16377	531.232.0033.02.01	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (sin fototerapia)	2	Simultáneo
50	MORELOS	HGRMF1 PLAN DE AYALA, MOR	Avenida Plan de Ayala No. 201, Colonia Ricardo Flores Magón C.P. 62451 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos	Ing. Adriana Becerra Alquicha	Ingeniero Biomédico Delegacional	16400	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	1	

**ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS**

SIN TEXTO