



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NÚMERO 16B10373
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR040-E11-2016		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 26 TER, 27, 28, FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, FRACCIÓN I, 39 Y 46 DE LA LAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE ADJUDICACIÓN	DÍA 30	MES AGOSTO	AÑO 2016

VIGENCIA DEL CONTRATO			
DEL	DÍA	HASTA	AÑO
	14	SEPTIEMBRE	2016
		31	DICIEMBRE
			2016
TIPO DE CONTRATO			
CERRADO (X)		ABIERTO ()	
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN			
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE ACUERDO AL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI), MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).			

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		R.F.C.	CPL861230-612	REGISTRO PATRONAL	010-23756-10-7
DOMICILIO (Artículo 40 "BLAASSP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPODROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO					
TELÉFONOS:	5134-0270 y 5134-3730	FAX	N/D	CORREO ELECTRÓNICO	ventas@casaplarre.com licitaciones@casaplarre.com	
ESCRITURA PÚBLICA:	23,533 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	8 DE ENERO DE 1885 (CONSTITUTIVA) 17 DE FEBRERO DE 1886 (REFORMA)	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ADOLFO MARTÍNEZ Y GÓMEZ DEL CAMPO (CONSTITUTIVA) LICENCIADO JUAN MANUEL ASPRON PELAYO (REFORMA)	
NOTARÍA PÚBLICA	58 DEL DISTRITO FEDERAL (CONSTITUTIVA) 186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	FOLIO MERCANTIL			BAJO EL NÚMERO 309, A FOLIAS 279, VOLUMEN 336, LIBRO 3° (CONSTITUTIVA) 43076 (REFORMA)	
DE ACUERDO CON SUS ESTADUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, RECONSTRUIR, INSTALAR, REPARAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLÓGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUOROSCOPIA, ANGIOGRAFÍA, IMPRESORAS TÉRMICAS Y LÁSER, ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALÓGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, ELECTROMIOGRAFOS, POLÍGRAFOS, MONITORES DE USO MÉDICO, CENTRALES DE MONITOREO Y CARRROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACIÓN. (SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 64.648 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2007, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 110 DEL DISTRITO FEDERAL.)					
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO	ESCRITURA PÚBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	4 DE FEBRERO DE 2014	
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	NOTARÍA PÚBLICA		FOLIO MERCANTIL	43075*	
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	ATENDIENDO AL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, INDICADO EN LOS "REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO" INTEGRADOS EN EL ANEXO 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO			
OBJETO DEL CONTRATO						
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 2 (DOS) Y 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.						
 LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES BANUELOS Apoderado Legal			 ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal			
"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			"EL PROVEEDOR" CASA PLARRE, S.A. DE C.V.			
IMPORTE SIN IVA \$160,219.22 (CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 22/100 M.N.)			IVA. 0% () 16% (X)			

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

14/09/2016
COF/VIEMCI/DGG



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0373

ANEXO 1

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,787,080.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 26 carros rojos, destinados a diversas Unidades Médicas.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016
No. 09900 16B3010/6BA2/BMI/ 286 / 470

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016
Clave de cartera: 1550GYR0023
No. de solicitud: 47726
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K029
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763
Localización geográfica: Varios

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15090015
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270419/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 1,804,409.105
Nombre del PPI: Equipo médico

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 26
Monto original con IVA: 5,787,080.00

(cinco millones setecientos ochenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS





Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
 Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
 Presente

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2016

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMW 286 / 470

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
 La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$5,787,080.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 26 carros rojos, destinados a diversas Unidades Médicas.

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
 Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Cordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
 Lic. Armando Rivera Téllez.- Cordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
 C.P. Victor Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1
 Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1
 Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1
 Act. Atejandro Abraham Montesinos Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Poniente /1
 C.P. Paulina Rodríguez Nava.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Morelos /1
 Lic. Rosalba Acerina Rivero Sabido.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Quintana Roo /1
 C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1
 Lic. José Abdo Schekaiban Ongay.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tamaulipas /1
 C.P. Fernando Ocejo Rodríguez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Sur /1
 C.P. Evelia Montañez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Zacatecas /1
 C.P. Nidia Patricia Conde Góngora.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Ignacio García Téllez Yucatán /1
 C.P. Deciderio Silva Aguillera.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo León /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapil/Menu.html>
 SICGC Se enviara por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



DIRECCIÓN DE FINANZAS
 UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
 DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN
 OLI No.: 286/470

Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0023
 No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015
 Cuenta contable PREI : 13350109

Nombre del programa o proyecto :

Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI (Municipio / Estado)		SAI		ID de Artículo	Descripción	PREI (Municipio / Estado)		URG Ubicación	URG	Centro de Costos	Periodo Fiscal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Monto autorizados	cifras en pesos	Importe Total con IVA		
						Municipio	Estado	Ubi. acción	UI			Centro de Costos	UI											
53101	Equipo médico	12065489	0000165777	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 25	OCAJIPO, GTO.	11225001	112420	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065491	0000165778	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 1	SUMADILLA JARA JAI	14810063	142401	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065482	0000165442	1651	M.H GRAL ZONA NUM 21	ALCO, EDO. DE MI	15000001	130104	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065483	0000165143	1651	M.H GRAL ZONA NUM 21	ALCO, EDO. DE MI	15000001	130104	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065484	0000165779	1651	M.H GRAL ZONA NUM 21	ES LOS -LA PAZ-	14500001	150106	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065495	0000164634	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 198	QUAUTITLAN IZCAL	15980006	152410	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065485	0000164736	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 81	JUCHITPEC	15720001	152437	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065487	0000165147	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 63	SAS ROMERO, EDO	16300001	102425	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065488	0000165148	1651	M.H GRAL ZONA -ME-	CHAUJTLA, MOR.	18110001	180204	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065489	0000165589	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 17	LIANO ZAPATA, M	18100001	182417	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065490	0000165932	1651	M. RTO. NO. 21	MONTERREY, N.L.	20010001	201401	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065491	0000165980	1651	H.G.R. N° 17	BENITO JUAREZ	24070026	242425	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065492	0000165580	1651	H.M.F. N° 13	BENITO JUAREZ	24070011	242425	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	2	222,580	445,160.00	445,160.00	
53101	Equipo médico	12065493	0000165379	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 69	NAVOJOA, SON	27020012	272411	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065494	0000165152	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 62	NAVOJOA, SON	27020012	272411	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065495	0000166905	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 95	NAVOJOA, SON	27020014	272413	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065496	0000165391	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 27	CAJEME	27240001	272426	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065497	0000164737	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 67	GUAYMAS	27490001	272444	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065498	0000164397	1651	M.U MED FAMILIAR NUM 67	CIUDAD OBERGON	27050004	272463	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065499	0000164738	1651	H.H.G.Z. 13	MATAMOROS	29180001	290103	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065500	0000164738	1651	MUNICION DE MEDICINA FAM 4	CIUDAD MENDOZA	30630001	302440	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	3	222,580	667,740.00	667,740.00	
53101	Equipo médico	12065501	0000164825	1651	H.H.G.Z. 13	MERICA	30000001	300101	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
53101	Equipo médico	12065502	0000164926	1651	H.H.G.Z. 13	FRESNILLO	34030002	340101	200200	531-191	0417	00	01	18870	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09530007	09530007	290000	2016M08	1	222,580	222,580.00	222,580.00	
TOTAL:																				26	222,580	4,886,760	445,160.00	5,787,080.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0373

ANEXO 2

**“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ANEXO 1.6 Y
PROPUESTA ECONÓMICA”**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 10 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E11-2016</u>	MODELO:	<u>TEC-5621 / AVALO</u>
PARTIDA:	<u>41</u>	CATÁLOGO	<u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD:	<u>26</u>	FABRICANTE	<u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>


DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 12 DE 12

7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

ATENTAMENTE


ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

biossmann

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 11 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

4.2. Electrodo autoadheribles trascutáneos para desfibrilación tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (referir marca y modelo).
4.3. Pasta conductora al menos dos tubos.
4.4. Papel para impresión al menos dos rollos.
4.5. Al menos una bolsa con 100 sellos de garantía.
4.6 Al menos dos focos para laringoscopio.
5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%.
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estándares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.

4.2. Electrodo autoadheribles trascutáneos para desfibrilación tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica 10 piezas (NIHON KHODEN / H327). <u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u>
4.3. Pasta conductora dos tubos. <u>CATALOGO 3 PÁG. 20</u>
4.4. Papel para impresión dos rollos. <u>MANUAL 2 PÁG. i</u>
4.5. Una bolsa con 100 sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
4.6 Dos focos para laringoscopio. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u>
5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-20</u>
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estándares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 10 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.12.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.
2.1.12.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio.
3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (incluir marca y modelo).
3.3. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (al menos 100 piezas).

2.1.12.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 ; MANUAL 3 PÁG. 2-23</u>
2.1.12.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-18</u>
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-4</u>
3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (NIHON KOHDEN / JC-865V). <u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-7</u>
3.3. Cable de paciente de 6 puntas . <u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-8</u>
3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-6</u>
4. Consumibles
4.1. Electrodo para monitoreo de ECG. (100 piezas). <u>CATALOGO 3 PÁG. 22</u>



Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 9 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.10. SpO2.
2.1.10.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
2.1.10.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.
2.1.11. Batería.
2.1.11.1. Recargable e integrada.
2.1.11.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
2.1.11.3. Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo, como mínimo.
2.1.11.4. Tiempo de carga máximo 4.5 horas.
2.1.12 Presión no invasiva:
2.1.12.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.

2.1.10. SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-2</u>
2.1.10.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-7</u>
2.1.10.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 8-3-8</u>
2.1.11. Batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u>
2.1.11.1. Recargable e integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 4-2</u>
2.1.11.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u>
2.1.11.3. Que permita dar 100 desfibrilaciones a carga máxima o 180 minutos de monitoreo continuo. <u>MANUAL 2 PÁG.15-20</u>
2.1.11.4. Tiempo de carga de 3 horas. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-8</u>
2.1.12 Presión no invasiva: <u>MANUAL 3 PÁG. 1-2</u>
2.1.12.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>MANUAL 3 PÁG. 2-2</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATÁLOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 8 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.7.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
2.1.7.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.
2.1.8. Alarmas audibles y visibles.
2.1.8.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.
2.1.8.2. De desconexión del paciente.
2.1.8.3. Del nivel de carga de la batería.
2.1.9. Sistema de registro.
2.1.9.1. Impresión integrada.
2.1.9.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
2.1.9.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
2.1.9.4. Un canal como mínimo.

2.1.7.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</u>
2.1.7.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-6, 6-0-3 Y 6-2-11</u>
2.1.8. Alarmas audibles y visibles. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2</u>
2.1.8.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-8, 9-6 Y 9-12</u>
2.1.8.2. De desconexión del paciente. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 15-3</u>
2.1.8.3. Del nivel de carga de la batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-9</u>
2.1.9. Sistema de registro. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.9.1. Impresión integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-6</u>
2.1.9.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.9.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.9.4. Un canal. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara A
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
<p>NOMBRE GENÉRICO</p> <p>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR</p>			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 7 DE 12

2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.
2.1.6. Monitor.
2.1.6.1. Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
2.1.6.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
2.1.6.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
2.1.6.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).
2.1.7. Palas
2.1.7.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
2.1.7.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.

2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa. <u>MANUAL 2 PÁG.6-0-2</u>
2.1.6. Monitor. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3</u>
2.1.6.1. Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-3</u>
2.1.6.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). <u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-4 Y 8-1-13</u>
2.1.6.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-5 Y 8-3-9</u>
2.1.6.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias). <u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3 , 10-1-22 Y 11-9</u>
2.1.7. Palas <u>MANUAL 2 PÁG. 2-7</u>
2.1.7.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. <u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-5 Y 8-1-18</u>
2.1.7.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</u>

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
<p>NOMBRE GENÉRICO</p> <p>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR</p>			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2Q16	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 6 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
2.1.5. Desfibrilador.
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 200 Joules.
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga.
2.1.5.5. Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).

2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.5. Desfibrilador. <u>MANUAL 2 PORTADA</u>
2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-2</u>
2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica de 270 Joules. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-3, 1-4, 2-2 Y 15-11</u>
2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo de 40 segundos. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-4 Y 6-2-8</u>
2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga (Descarga interna). <u>MANUAL 2 PÁG. 1-4, 12-6 12-12, 12-13, 12-14 Y 15-9</u>
2.1.5.5. Tiempo de carga de 5 segundos para máxima energía. <u>MANUAL 2 PÁG.1-4</u>
2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). <u>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 2-5</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
<p>NOMBRE GENÉRICO</p> <p>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR</p>			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 5 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión.
2.1.3.1.2. Acabado acanalado o rugoso.
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas.
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
2.1.3.3. Iluminación xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio.
2.1.3.4.1. De acero inoxidable.
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas.

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>
2.1.3.1.2. Acabado rugoso (estriado). <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u>
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo. <u>CATALOGO 2 PÁG. 4 y 7</u>
2.1.3.3. Iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts . <u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u>
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio. <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.4.1. De acero inoxidable. <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4. <u>CATALOGO 2 PÁG. 6</u>
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4. <u>CATALOGO 2 PÁG. 5</u>
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas. <u>CATALOGO 2 PÁG. 7</u>

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
<p>NOMBRE GENÉRICO</p> <p>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR</p>			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 4 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.2.6. Tamaño neonatal.
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320ml, como máximo.
2.1.2.7. Mascarillas reusables.
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria.
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O.
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario.
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (referir marca y modelo).
2.1.3.1. Mango.

2.1.2.6. Tamaño neonatal (INFANTE). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.7. Mascarillas reusables. <u>CATALOGO 1 PÁG. 2 Y 4</u>
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor. <u>CATALOGO 1 PÁG. 4</u>
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente. <u>CATALOGO 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (Laringoscopio) (KAWE / F.O. LED). <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.1. Mango. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 3 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (referir marca y modelo).
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor.
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente o semitransparente, libre de latex.
2.1.2.3. Autoinflable.
2.1.2.4. Tamaño adulto:
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1500 ml, como mínimo.
2.1.2.5. Tamaño pediátrico.
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600ml.

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (MERLIN MEDICAL / W44525, W4454, W4456). <u>CATALOGO 1 PÁG. 2, 6</u>
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor. <u>MANUAL 1 PÁG. 2, 3 Y 4</u>
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente libre de latex. <u>CATALOGO 1 PÁG. 3 Y 4</u>
2.1.2.3. Autoinflable. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.4. Tamaño adulto: <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1850 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.5. Tamaño pediátrico (NIÑO). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 585 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor.
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro.
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición.
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones.
2.1.1.8. Con cuatro cajones como mínimo.
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo.
2.1.1.9. Sistema de seguridad.
2.1.1.9.1. Cerradora general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
2.1.1.10. Con poste portavenoclisis ajustable e integrado.

2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.1. Con capacidad de giro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8. Con cinco cajones. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9. Sistema de seguridad. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.9.1. Cerradora general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.10. Con poste portavenoclisis ajustable e integrado. <u>FOLLETO 1</u>



Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevará
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.191.0417.00.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000018870	HORA	IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	TEC-5621 / AVALO
PARTIDA:	41	CATÁLOGO	FOLLETO 1 ; MANUAL 1 , 2 Y 3 ; CATALOGO 1 , 2 Y 3
CANTIDAD:	26	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 1 DE 12

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar.
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.1.1. Carro de emergencia (incluir marca y modelo)
2.1.1.1. De material plástico o polímero de alto impacto.
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 78 cm y 97 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm. altura entre 90 cm y 100 cm.
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción.
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.5 cm de diámetro como mínimo.
2.1.1.5. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.

1. Definición.
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar. <u>FOLLETO 1 ; MANUAL 2 PÁG. 1-2</u>
2. Descripción.
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico. <u>FOLLETO 1 ; MANUAL 2 PÁG. 1-2 Y 1-3</u>
2.1.1. Carro de emergencia (CAPSA SOLUTIONS/AVALO) <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.1. De material plástico de alto impacto. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.2. Dimensiones: longitud 79 cm, ancho 60 cm. altura 90 cm. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.7 cm de diámetro. <u>FOLLETO 1</u>
2.1.1.5. Con sistema de frenado en dos ruedas. <u>FOLLETO 1</u>

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

CRITERIOS DE "EVALUACION DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"

ANEXO 1.6

LICITACION:	LA-0196GYR040-E11-2016	FECHA:	25 DE JULIO DE 2016.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AV. DIAGONAL DE PATRIOTISMO No. 1 PISO A2, COL. HIPODROMO CONDESA, C.P. 06170, DEL. CUAUHTEMOC.		
R.F.C.	CPL-851230-512		
TELEFONO Y FAX	(55) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRONICO	licitaciones@casaplarre.com		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSAL ES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONARA PREVIO AL MES 42	0083EM	2010	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA PARA CATETERISMO CARDIACO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
						D250168	2012	UNIDAD RADIOLOGICA BASICA	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
						0320	2013	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C" AVANZADA	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
						452000156	2014	UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE O MOVIL.	REMISION, FACTURA 90001112 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	PARTIDA 9 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO.
						D5502381	2015	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	

Patrolismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipodromo Condesa
 C.P. 06170 Mexico, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Miras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadaluajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Esdion de Guerafa
 C.P. 44650 Guadaluajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com

R.F.C.: CPL-851230-512
 www.casaplarre.com

1												
2												
3												
4												
5												
6												

R.F.C.: CPL-851230-512

Monterrey
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 64650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casapiarre.com
 www.casapiarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Miras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casapiarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casapiarre.com

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casapiarre.com

No.	Capacidad del Proyecto				Especificación y especificidad			Partidas que ampara			
	Declaración de Facturas	Capacidad de Asistencia Técnica	Personal de Calidad	Participación de MIP-PIES	Políticas y Prácticas de Calidad	Garantía y Mantenimiento Mayor de los Bienes	No. de Contrato y/o Pedido		Año del Contrato y/o Pedido	Descripción del equipo amparado en el contrato y/o Pedido	Documentos que sustentan el cumplimiento del contrato y/o Pedido
4	DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA ARA PREVIO AL MES 42	ORDEN A-584	2013	VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	FACTURA 454	PARTIDA 46 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO.
5							CADPE-EM-LPE-015-2014-6	2014	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO.	FACTURA 1018 Y REMISION	
6							15B10671	2015	VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

A T E N T A M E N T E


ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

biossmann

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Candesa
 C.P. 06710 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Guauhtémoc D.F.
 Av. Guauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, NL
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

R.F.C.: CPL-851230-512

SIN TEXTO

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0373

ANEXO 3

**“GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y
FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO”, DIRECTORIO
DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE
CONTRATO”**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 06 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida IMSS	Descripción	Material (Medicinas, Insumos, etc.)	Equipo (Móviles, Fijos, etc.)	UIMF HIG (Módulo)	TOTAL PAQ 2016 (E-FUG)	Prescripción	Costo (Mts)	% (Mts)	% (Mts)	Equipos (Módulos, etc.)
1 11694	531.156.0089.05.01	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.				6	6			
2 11709	531.160.0026.03.01	UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFÍA.				2	2			
3 11713	531.168.0069.02.01	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.	1							
4 11759	531.291.0028.01.01	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESORA)			1	228	229	79%	94%	181
5 11780	531.324.0201.03.01	ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.				277	277	73%	31%	202
6 11782	531.325.0069.01.01	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA OFTALMOLÓGICA.				9	9			
7 11788	531.327.0257.01.01	SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.				2	2			
8 11790	531.328.0116.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (GINECOLÓGICA).				12	12			
9 11813	531.341.0481.05.01	UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL CON FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO.				42	42	171%	40%	72
10 11814	531.341.0499.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).				8	8			
11 11823	531.341.2479.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL				45	45	73%	29%	33
12 11830	531.341.2552.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C.				9	9	256%	67%	23
13 11838	531.350.0026.01.01	LASER QUIRURGICO NEODYMIUM-YAG.				2	2			
14 11851	531.361.0171.01.01	ESPIRÓMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO.				1	1			
15 11902	531.430.0061.01.01	FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO.				9	9			
16 11928	531.497.0053.02.01	Incubadora de traslado.				5	5			
17 11943	531.562.1010.04.01	Lámpara quirúrgica doble.	1			12	13			
18 11947	531.562.1457.01.01	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED	6			82	89	120%	49%	107
19 12036	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA)	5			546	551	71%	31%	391
20 12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIURGIA Y LAMINECTOMIA)				14	14			
21 12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA)				11	11			
						5	5			



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

SOXENA
 DIVISION DE CONTRATOS

Partida	RSB	SA	Descripción	Cantidad Quintones	Cantidad Total (kg)	UMbral No.4 (U.CI)	TOTAL FAO 2016 (EST. CI)	REPOSICIÓN	Cantidad Total	U.CI						
22	12050	531.626.0024.02.01	MICROSCOPIO PARA NEUROCIURUGIA					3	3							
23	12056	531.626.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD.					2	2							
24	12074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.					7	7							
25	12176	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.					6	6							
26	12229	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.					12	12							
27	12293	533.622.0057.02.01	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO.					2	2							
28	16313	531.053.0356.05.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD					14	14							
29	16342	531.316.0094.03.01	VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE.					10	10							
30	16361	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.					3	3							
31	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	12	6		18	417	9	9				69%	31%	302
32	16417	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO.					15	15							
33	16418	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO AVANZADO.					2	2							
34	16434	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNÉTICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR.					2	2							
35	16452	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, DOCE CAMAS DE TRAUMA.					1	1							
36	17033	531.254.0049.04.01	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MÚLTIPLES CORTES DE HASTA 20 CORTES, UNI					5	5							
37	17408	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA.					3	13							
38	17409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA.	5	3		5	74	79							
39	18655	531.941.1012.01.01	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL					4	4							
40	18802	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CATORCE CAMAS DE TRAUMA.					1	1							
41	18870	531.191.0417.00.01	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR.					26	26							
42	11787	531.327.0232.01.01	SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO CONTINUO Y AMBULATORIO.					7	7							



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

PARÁMETRO	SKU	Descripción	Compartimiento Origen	Distribución Fase	UMAEHGO No. d. (UGN)	TOTAL FAO 2016 (EHEG)	REPOSICIÓN	Contenido Total	Porcentaje Fuente	Costo Forma	Contenido Fuente	Contenido Subsistema
43	11803	531.333.0317.01.01 ELECTROMÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)					7	7				
44	11929	531.497.2083.02.01 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO.					93	93	85%	35%	60	33
45	12188	531.941.0048.01.01 Ventilador neonatal para cuidados intensivos			6	6	19	25				
46	12193	531.941.0972.03.01 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO.					108	108	79%	21%	85	23
47	16364	531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.					4	4				
48	16377	531.252.0033.02.01 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (SIN FOTOTERAPIA)		5			66	71	82%	18%	58	13
49	16378	531.252.0033.02.01 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA)					69	69	78%	22%	54	15
50	16400	531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.					14	14				
51	16414	531.941.0980.03.01 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO- NEONATAL		1			61	62				
			23	23	52	2,401	2,453				1,568	633

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

SOLATINCO DE NOISEM
 SOXENA

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida / FECE	SM	COLTID	Requerido	Entregado	Clase	Valor	Importe	Descripción de bienes	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos
19	12036	531.616.5108.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL (PARA ELECTROHIDRÁULICA (GINECOLOGÍA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Meses, para cirugía	90					
20	12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA Y LAMINECTOMÍA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Meses, para cirugía	90					
21	12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Meses, para cirugía	90					
22	12050	531.626.0024.02.01	MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGÍA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1410 Microscopios	90					
23	12066	531.626.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGÍA DE ALTA ESPECIALIDAD.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	2173 Unidades de tratamiento para oftalmología (sin equipar)	90					
24	12074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.		90					
25	12176	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	426 Camaras, de asistiendo, con tipo de ale familiar	90					
26	12229	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.	SI Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.	1410 Microscopios	90					
27	12293	533.622.0057.02.01	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.		90					
28	16313	531.053.0356.05.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90					
29	16342	531.316.0094.03.01	VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90					
30	16361	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90					
31	16398	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90					
32	16417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90					
33	16418	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO AVANZADO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90					
34	16434	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNETICA INTERNA, UNIDAD DE IMAGEN POR.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90					



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida	UFI	ESU	Equipo	Electrónico	Impresora	Color	Voz	Táctil	Capacitación (teórica)	Nivel de capacitación	Mantenimiento (mensual)	Garantía (años)	Entrega (años)	Entrega (años)	Entrega (años)	Entrega (años)
50	16400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.		Si req.			90
51	16414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	Si Req.		Si req.			90

NIVEL DE CAPACITACIÓN		TIPO DE CAPACITACIÓN:
NOMENCLATURA		NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
No Req		Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que solo se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
F = FUNDAMENTAL		Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
I = INTERMEDIA.		Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.
A = AVANZADA		

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO