

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NÚMERO 16B10379
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAS	N/A	SESIÓN DEL CIAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR040-E11-2016		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 26 TER, 27, 28, FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36 BIS, FRACCIÓN I, 39 Y 46 DE LA LAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE ADJUDICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	AGOSTO	2016
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN			
TIPO DE CONTRATO	ABIERTO () CERRADO (X)		
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE ACUERDO AL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI), MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).			

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DIRECCIÓN (Artículo 49 "LAASSP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO		
TELÉFONOS:	5134-0270 y 5134-3730		
ESCRITURA PÚBLICA:	FAX	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	FOLIO MERCANTIL
23,633 (CONSTITUTIVA) 106,642 (REFORMA)			
NOTARIA PÚBLICA	IND	CONREGIO ELECTRÓNICO	REGISTRO PATRONAL
56 DEL DISTRITO FEDERAL (CONSTITUTIVA) 166 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	8 DE ENERO DE 1955 (CONSTITUTIVA) 17 DE FEBRERO DE 1985 (REFORMA)	BAJO EL NÚMERO 309, A FOLIAS 279, VOLUMEN 388, LIBRO 3 (CONSTITUTIVA) 43078 (REFORMA)	CPL851230-512 M-39
DE ACUERDO CON SUS ESTADÍSTICAS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE INGENIERÍA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUOROSCOPÍA, ANGIOSCOPIA, IMPRESORAS TÉRMICAS Y LASER, ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALÓGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 110 DEL DISTRITO FEDERAL.		
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO		
NOTARIO PÚBLICO	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	FECHA ESCRITURA PÚBLICA
LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	85,824	211 DEL DISTRITO FEDERAL	4 DE FEBRERO DE 2014
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO		
	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	PLAZO PARA PAGO	PLAZO PARA PAGO
			A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA.

OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE SIN IVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 2 (DOS) Y 3 (TRES) DE ESTE CONTRATO.	\$3,199,050.00 (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MIN.)
	IVA.
	0% () 16% (X)

EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	"EL PROVEEDOR" CASA PLARRE, S.A. DE C.V.
LICENCIADO ENRIQUE ALBARRAN VAZQUEZ Director Administrativo de la UIMAE HTO Lomas Verdes Administrador del Contrato	ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal

Este instrumento: jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

14/09/2016
COFV/MC/DGG



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0379

ANEXO 1

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **04** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

507, 560, 577, 600, 602, 603, 604, 605, 607, 610, 612, 613, 615
616, 618, 619, 620, 621, 626, 632, 633, 634, 635, 636

Mayra
SIM
961
Part.
4k

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$56,376,000.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 108 ventiladores adulto - pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento
Oficio de Liberación de Inversión 2016
No. 0990016B3010/6BA2/BM/ 263 / 446

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016
Clave de cartera: 1550GYR0023
No. de solicitud: 47726
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K029
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,763
Localización geográfica: Varios

Información del HCT del IMSS
Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15090015
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 1,804,409,105
Nombre del PPI: Equipo médico

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 108
Monto original con IVA: 56,376,000.00

(cincuenta y seis millones trescientos setenta y seis mil pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Lic. Edgar Peña Chávez



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384

La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$56,376,000.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 108 ventiladores adulto - pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 263 / 446

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y proyectos de inversión a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

- Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
- Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
- Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
- Lic. Sergio Antonio Rosete Weben.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Baja California /1
- C.P. Jorge Arturo Pinto Ayala.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Campeche /1
- Lic. Rafael Eduardo Ayala Farias.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Coahuila /1
- Lic. Georgina Sánchez Alegría.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Colima /1
- Lic. Victor Manuel Villa Hernández.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Chihuahua /1
- C.P. Victor Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1
- Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1
- Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1
- Act. Alejandro Abraham Montesinos Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Poniente /1
- C.P. María Rocío Núñez Osornio.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Lomas Verdes México Poniente /1
- C.P. Constanza Zepeda Neri.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Michoacán /1
- C.P. Adolfo Ulloa Arteaga.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Nayarit /1
- C.P. Soledad Virginia Tello García.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Querétaro /1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requiriente: 095384612930/0384
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$56,376,000.00, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 108 ventiladores adulto - pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 09900 1683010/6BA2/BMI/ 263 / 446

- C.P. Claudia Margarita Rodríguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación San Luis Potosí /1
- Lic. Ricardo Nicolás Berrelleza Pacheco.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sinaloa /1
- C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1
- Lic. Julio César Figueroa Hernández.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Tlaxcala /1
- C.P. Yaremi Elizabeth Ake Sustersick.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Yucatán /1
- C.P. Evelia Montañez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Zacatecas /1
- Mtra. Ana Judith Velázquez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Norte /1
- Mtro. Daniel Esteban Ramírez Garcén.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Sur /1
- Lic. Juan Carlos García Rubio.- Encargado del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila Camacho Puebla /1
- C.P. Deciderio Silva Aguilera.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo León /1
- C.P. Nidia Patricia Conde Góngora.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Ignacio García Téllez Yucatán /1

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>
SIGGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

EPC/APOR/ORL

Volante No. 2016000259



DIRECCIÓN DE FINANZAS
 UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
 DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN
 OLI No.: 2631446



MÉXICO
 GOBIERNO FEDERAL

Anexo 1 Equipamiento 2016
 Clave de Cartera SHCP : 1550GVR0023
 No. de programa o proyecto PREI : 15090015
 No. solicitud de SHCP : 47726
 Cuenta contable PREI : 13350109

Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Múltiplo Presupuestal del Destino del Bien		SAI		PREI		PREI Múltiplo Control de Compromisos		Monto autorizado								
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Prial	No. de bienes	Preco Unitario con IVA
53101	Equipo médico	12063429	0000164453	1391	H.G.Z. N° 30 Y TEATRO	MEXICALI B.C.	02010001	020101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063430	0000165267	1391	HGZ CON UNIF 1	CAMPECHE, CAMP	04010001	040201	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063431	0000164842	1391	HGZ CON UNIF 4	DEL CARMEN, CA	04040001	040202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063432	0000165268	1391	CONJ SALTILLO/HGZ Y CSS	SALTILLO	05030001	050101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063433	0000164643	1391	CONJUNTO SALTILLO/HGZ 2	SALTILLO	05030008	050201	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063434	0000165498	1391	HGZ/MF N° 16	TORREON	05090001	050202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063435	0000164454	1391	HGZ/MF N° 18	TORREON	05090010	050203	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063436	0000165918	1391	CONJUNTO MONCLOVA/HGZ N°7	MONCLOVA, COAH	05170001	050204	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063437	0000165919	1391	HGZ SUB CON MF N°24	SABINAS, COAH.	05210003	050205	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063438	0000164455	1391	M.G.Z. SINISTRADO	MANZANILLO	06030003	060101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063439	0000164663	1391	H.G.Z. CM.F. N° 11	DELICIAS, CHH.	08050001	080202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063440	0000165714	1391	M.H.G.Z.M.F. 3	SALAMANCA, GTO	11140002	110202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063441	0000165269	1391	M.H.GRAL.ZONA INF. 9	JUADALAJARA, JAL	14480001	140104	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063442	0000164664	1391	M.H.GRAL.ZONA INF. 9	CD. GUZMAN, JAL	14220002	140204	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063443	0000164665	1391	M.H.GRAL.ZONA INF. 9	CD. GUZMAN, JAL	14220002	140204	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063444	0000165270	1391	M.H.GRAL.ZONA 76	ECATEPEC	15490005	150201	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063445	0000165469	1391	M.H.G.S.R. 196	ECATEPEC	15540005	150302	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	5	522,000	2,610,000.00
53101	Equipo médico	12063446	0000164456	1391	M.H.GRAL.REGIONAL 220	TOLUCA MEX	16010005	160301	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063447	0000165271	1391	M.H.GRAL.REGIONAL 220	TOLUCA MEX	16010005	160301	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063448	0000164666	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA	NAUCALPAN	16050002	161403	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063449	0000164644	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA	NAUCALPAN	16050002	161403	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063450	0000165272	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA	NAUCALPAN	16050002	161403	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063451	0000164667	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA	NAUCALPAN	16050002	161403	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063452	0000165058	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA	NAUCALPAN	16050002	161403	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063453	0000165273	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA	NAUCALPAN	16050002	161403	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063454	0000164457	1391	M.H.GRAL.ZONA INF. 8	URUAPAN, MCH.	17050002	170101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09530007	099001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0023
No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015
Cuenta contable PREI : 13350109

Nombre del programa o proyecto :

Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transp.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI (Módulo Presupuestal del Destino del Bien)			SAL			PREI			PREI (Módulo Centro de Compras)			Moneda autorizada					
						Municipio / Estado	Ubicación	U1	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG	URG	URG	U1	Centro de Costo	Precio Unitario con IVA	No. de bienes
53101	Equipo médico	12063455	0000165711	1391	M.H.GRAL SUBZONA MF NUM 9	IPATZINGAN, MIC.	17070002	170401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063456	0000165712	1391	M.H.GRAL ZONA MF NUM 1	TEPIC, NAY.	19010006	190101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063457	0000164448	1391	M.H.TTO NO. 21	MONTERREY, N.L.	20010001	201401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	5	522,000	2,610,000.00
53101	Equipo médico	12063458	0000164682	1391	M.H.TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	PUEBLA, PUE.	22010039	221401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	3	522,000	1,566,000.00
53101	Equipo médico	12063459	0000165916	1391	M.HOSP GRAL R. Y U.M.A. 1	QUERETARO QRO	23010001	230501	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063460	0000165917	1391	M.HOSP GRAL R. Y U.M.A. 1	QUERETARO QRO	23010001	230501	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	5	522,000	2,610,000.00
53101	Equipo médico	12063461	0000164450	1391	M.H.GRAL ZONA NUM 50	N LUIS POTOSI, S.L.	25010027	250101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063462	0000165497	1391	M.H.GRAL ZONA MF NUM 1	IS POTOSI, SAN S	25010010	250202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063463	0000164600	1391	M.H.GRAL ZONA MF NUM 3	MAZATLAN, SIN.	26050003	260202	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063464	0000165849	1391	M.H.GRAL SUBZONA MF NUM 4	NAVOJATO, SIN.	26110002	260401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063465	0000164934	1391	M.HOSPITAL GENERAL REGIONAL	GUANAJUIL SIN	26350001	260402	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063466	0000165207	1391	M.HOSPITAL GENERAL REGIONAL	CAJEME, SON.	27050010	270501	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063467	0000165850	1391	M.H.GINECO PEDIATRIA HERMOSILLO	HERMOSILLO, SON	27010003	271601	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063468	0000165432	1391	M.H.G.S.M.F. 8	TLA XCALA	30010001	300401	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063469	0000164788	1391	H.GRAL SUBZONA MF NUM 46	UMAN YUC	33210001	330403	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063470	0000165656	1391	M.H.G.R. 12	MERIDA	33010009	330501	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	1	522,000	522,000.00
53101	Equipo médico	12063471	0000164601	1391	M.HGR No. 1 UMARE ESPECIAL MED	MERIDA	33010001	331901	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063472	0000165851	1391	M.H.G.Z.M.F. 2	FRESNILLO	34050002	340101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063473	0000164998	1391	M.H.G.Z.M.F. 1	ZACATECAS	34010001	340102	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	2	522,000	1,044,000.00
53101	Equipo médico	12063474	0000165857	1391	M.H. ORTOPEdia	JUSTAVO A MADRE	35A30003	352101	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	4	522,000	2,088,000.00
53101	Equipo médico	12063475	0000164999	1391	M.H.G.Z. VENADOS 1-A	BENITO JUAREZ	36S30003	380103	200200	531-941	0972	03	01	12193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	095001	290000	2016M08	5	522,000	2,610,000.00
TOTAL																			108	24,534,000	56,378,000.00		

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0379

ANEXO 2

“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ANEXO 1.6 Y
PROPUESTA ECONÓMICA”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 11 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941:0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO: e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8;
CANTIDAD:	108	FABRICANTE NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 1 DE 16		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Definición
1.1 Equipo controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos y pediátricos que tienen comprometida la función respiratoria .
2 Descripción
2.1 Ventilador adulto pediátrico.
2.2 Pantalla:
2.2.1. Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED
2.2.2 A color
2.2.3 Tamaño mínimo de 10" (25 cm) o mayor
2.2.4 Configurable por el usuario.

1 Definición
1.1 Equipo de soporte de vida para pacientes en estado crítico que necesitan soporte de la respiración respiratoria por método invasivo/no invasivo. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 1 PÁGINA 1-1 Y PAGINA 1-2.</u>
2. DESCRIPCION:
2.1 Ventilador adulto pediátrico <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 1 PAGINA 1-2.</u>
2.2 Pantalla interconstruida: <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 1 PAGINA 1-2 Y SECCION 8 PAGINA 8-20</u>
2.2.1. Tipo LCD; sensible al tacto. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 , PAGINA 8-20</u>
2.2.2 A color. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-20</u>
2.2.3 Tamaño mínimo de 15" (38cm) CALIDAD MÉDICA CON BRAZO DE SOPORTE ARTICULADO <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO FIGURA F-12 INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS;</u>
2.2.4 Configurable por el usuario. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-1 Y 2-2</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 2 DE 16

2.3 Controles y ajustes de:
2.3.1 Volumen corriente (ml)
2.3.1.1 Límite inferior 50 o menor
2.3.1.2 Límite superior 2000 o mayor
2.3.2 Flujo Inspiratorio o flujo adaptativo (l/min)
2.3.2.1 Límite inferior: 10 o menor
2.3.2.2 Límite superior: 140 o mayor
2.3.3 Presión inspiratoria (cmH2O)
2.3.3.1 Límite inferior: 5 o menor.

2.3 Controles y ajustes de:	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-4</u>
2.3.1 Volumen corriente (ml)	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-4: SECCION 8 PAGINA 8-15</u>
2.3.1.1 Límite inferior 5mL.	<u>MANUAL DE USUARIO SECCION 8 PAGINA 8-15</u>
2.3.1.2 Límite superior 3000mL	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-15</u>
2.3.2 Flujo Inspiratorio, (L/min)	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.2.1 Límite inferior: 1	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.2.2 Límite superior: 180.	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.3 Presión inspiratoria (LIMITE DE PRESION) (cmH2O)	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>
2.3.3.1 Límite inferior: 0	<u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO 		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2-016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 3 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.3.3.2 Límite superior: 60 o mayor.
2.3.4 Frecuencia respiratoria (rpm)
2.3.4.1 Límite inferior 1 o menor
2.3.4.2 Límite superior 80 o mayor.
2.3.5 Tiempo inspiratorio (s)
2.3.5.1 Límite inferior 0.3 o menor.
2.3.5.2 Límite superior 5 o mayor.
2.3.6 Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria.
2.3.7 Con opción a pausa espiratoria de 0 a 2 s o mayor

2.3.3.2 Límite superior: 80 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>
2.3.4 Frecuencia respiratoria (rpm) (F/min) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-13</u>
2.3.4.1 Límite inferior 1 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-13</u>
2.3.4.2 Límite superior 150 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 8-13</u>
2.3.5 Tiempo inspiratorio (s) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-14</u>
2.3.5.1 Límite inferior 0.1 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-14</u>
2.3.5.2 Límite superior 5 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-14</u>
2.3.6 Pausa inspiratoria. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-6</u>
2.3.7 Pausa espiratoria de 0 a 2 s <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-6, 4-12</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cauhtémoc D.F.
Av. Cauhtémoc No. 220-01
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO 		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO: e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8: MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 4 DE 16		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.3.8. FiO2 (%)
2.3.8.1 Límite inferior: 21.
2.3.8.2 Límite superior 100.
2.3.9 Con respiración manual.
2.3.10 PEEP/CPAP (cmH2O)
2.3.10.1 Límite inferior: 1 o menor.
2.3.10.2 Límite superior: 35 o mayor.
2.3.11 Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB (cmH2O)
2.3.11.1 Límite inferior: 0.

2.3.8. FiO2% <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.8.1 Límite inferior 21 (0.21) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.8.2 Límite superior 100 (1.0) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.3.9 Respiración manual.(INSUFLACIÓN MANUAL) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-8</u>
2.3.10 PEEP/CPAP (cmH2O) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.3.10.1 Límite inferior 0 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.3.10.2 Límite superior 45 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.3.11 Presión Soporte PSUPP (cmH2O) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>
2.3.11.1 Límite inferior 0 <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2-016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 5 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.3.11.2 Límite superior: 50 o mayor.
2.3.12 Salida para nebulizador o nebulizador sincrónico, ultrasónico o eléctrico.
2.3.13.- Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o presión.
2.3.14.- Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria.
2.3.15.- Bias flow, flujo base, continuo o CPAP
2.3.16.-Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión.
2.3.17.- 100% de O2 durante 2 minutos o mayor.
2.4.- Modos ventilatorios:

2.3.11.2 Límite superior 60 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-12
2.3.12 Nebulizador eléctrico, que opera en línea con el ventilador tanto en Ventilación Invasiva y Ventilación No Invasiva o No catalogo AG-AP6000-US CATALOGO 2 PAGINA 1 Y 2
2.3.13.- Mecanismo de disparo o trigger por presión y por flujo. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-15
2.3.14.- Umbral espiratorio (sensibilidad espiratoria) MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-10
2.3.15.- Flujo base. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-9
2.3.16.-Incremento de la pendiente de presión. (PENDIENTE/CRECIMIENTO DE LA GANANCIA DE PRESURIZACIÓN) MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-9
2.3.17.- 100% de O2 durante 3 minutos MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-10
2.4.- Modos ventilatorios: MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-1 Y 7-6

biossmann®

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Miras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2
DÉSCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA	IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 6 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.4.1.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen
2.4.2.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión
2.4.3.- Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida.
2.4.4.- CPAP o Espontáneo con línea de base elevada.
2.4.5.- Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión.
2.4.6.- Ventilación No Invasiva.
2.5.- Parámetros monitorizados

2.4.1.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-6 Y PAGINA 7-8</u>
2.4.2.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-6 Y PAGINA 7-8</u>
2.4.3.- Presión Soporte (PS) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-4 Y PAGINA 7-5</u>
2.4.4.- Espontáneo con línea de base elevada. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-5</u>
2.4.5.- Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión (VENTILACION DE RESERVA). <u>MANUAL DEL FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-2 y PAGINA 5-8 ; SECCION 8 PAGINA 8-1</u>
2.4.6.- Ventilación No Invasiva. (VNI) SE PUEDE UTILIZAR EN CON CUALQUIER MODO DE VENTILACIÓN. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-11</u>
2.5.- Parámetros monitorizados <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-1</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2Q16	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2. 3. 4. 5. 6. 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 7 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.5.1.- Presión inspiratoria pico o máxima.
2.5.2.- Presión media en vías aéreas.
2.5.3.- Presión de meseta o Plateau
2.5.4.- PEEP.
2.5.5.- Frecuencia respiratoria.
2.5.6.- Volumen minuto.
2.5.7.- Relación I:E.
2.5.8.- Volumen corriente exhalado.

2.5.1.- Presión inspiratoria máxima (PIM) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-14.</u>
2.5.2.- Presión media en vías aéreas. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.5.3.- Presión de meseta <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.5.4.- PEEP. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.5.5.- Frecuencia respiratoria total y espontanea (RESP./MIN) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-13</u>
2.5.6.- Volumen minuto exhalado (VME) y Volumen minuto inspirado (VMI) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-8 y PAGINA 5-13; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-9; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO INDICE PAGINA I-5</u>
2.5.7.- Relación I:E <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-6</u>
2.5.8.- Volumen corriente espiratorio (VTE) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-16</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cauhtémoc D.F.
Av. Cauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA	IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO 			
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 8 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.5.9.- FiO2.
2.5.10.- Indicador de horas de uso.
2.5.11.- Indicador de batería de respaldo en uso
2.5.12.- Cálculo de distensibilidad o compliance.
2.5.13 - Cálculo de la resistencia
2.5.14.- Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultanea:
2.5.14.1 Volumen-Tiempo
2.5.14.2 Flujo-Tiempo
2.5.14.3 Presión -Tiempo

2.5.9.- FiO2 (MONITORIZADO) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-5;</u>
2.5.10.- Indicador de horas de uso en pantalla <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-7</u>
2.5.11.- Indicador de batería de respaldo en uso. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-7</u>
2.5.12.- Cálculo de distensibilidad. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-3</u>
2.5.13 - Cálculo de la resistencia. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-21 Y SECCION 8 PAGINA 8-12 Y PAGINA 8-13.</u>
2.5.14.- Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultanea: <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-14 Y 4-16</u>
2.5.14.1 Volumen-Tiempo <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 4-16</u>
2.5.14.2 Flujo-Tiempo <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 4-16</u>
2.5.14.3 Presión -Tiempo <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 4-16</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 ; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 9 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.5.15 Despliegue de al menos 2 lazos o loops
2.5.16.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas.
2.5.17.- Medición de AutoPEEP o PEEP TOTAL.
2.6 .- Alarmas
2.6.1.- Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles
2.6.2.- Presión inspiratoria alta y baja.
2.6.3.- PEEP bajo o desconexión del paciente.
2.6.4.- Apnea.

2.5.15 Despliegue de al menos dos lazos o Loops <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAGINA 4-16</u>
2.5.16.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de 24 horas. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-19</u>
2.5.17.- Medición PEEPTOTAL. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-11</u>
2.6 .- Alarmas <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-1</u>
2.6.1.- Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-1 Y 5-2</u>
2.6.2.- Presión inspiratoria alta y baja. (Paw PRESION DE VIAS AEREAS) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-3</u>
2.6.3.- Desconexión del paciente. (CIRCUITO DESCONECTADO) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-4</u>
2.6.4.- Apnea. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-7</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevará
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2. 3. 4. 5. 6. 7 Y 8 ; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 10 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.6.5.- Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).
2.6.6.- Frecuencia respiratoria alta.
2.6.7.- FiO2 alta y baja.
2.6.8 .- Baja presión del suministro de gases
2.6.9.- Falta de alimentación eléctrica.
2.6.10.- Batería baja.
2.6.11.- Ventilador inoperante o falla del ventilador.
2.6.12 Silencio de alarma

2.6.5.- Volumen minuto y/o corriente MVE (alto y bajo). <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-2</u>
2.6.6.- Frecuencia respiratoria alta. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-6</u>
2.6.7.- FiO2 alta y baja. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-6</u>
2.6.8 .- Baja presión del suministro de gases <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-6</u>
2.6.9.- Falta de alimentación eléctrica. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-6</u>
2.6.10.- Batería baja. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-6.</u>
2.6.11.- Falta de Ventilador. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-6 Y PAGINA 5-9</u>
2.6.12 Silencio de alarma (BOTON SILENCIAR ALARMA) <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 5 PAGINA 5-5</u>

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO 		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2O16	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 11 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.7.- Características generales:
2.7.1. - Mezclador de aire-oxígeno interno.
2.7.2. - Monitoreo de FiO2 interno o integrado
2.7.3.-Sensor de flujo reusable.
2.7.4. - Con sistema de compensación de fugas.
2.7.5.- Batería de respaldo interna, con duración de 60 minutos de respaldo como mínimo.
2.7.6.- Humidificador servocontrolado con alimentación eléctrica de 120 V +/- 10%, 60 HZ para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador.(indicar marca, modelo y/o número de catálogo).

2.7.- Características generales: <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-1</u>
2.7.1. - Mezclador de aire-oxígeno interno (SISTEMA DE MEZCLA DE GASES). <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 1 PAGINA 1-1</u>
2.7.2. - Monitoreo de FiO2 interno <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-4 ; SECCION 4 PAGINA 4-5 ; SECCION 8 PAGINA 8-5</u>
2.7.3.-Sensor de flujo reusable. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 6 PAGINA 6-4 CATALOGO 3 PAGINA 4</u>
2.7.4. - Con sistema de compensación de fugas <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 7 PAGINA 7-10</u>
2.7.5.- Batería de respaldo interna, con duración de 60 minutos de respaldo como mínimo. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-7</u>
2.7.6.- Humidificador servocontrolado con alimentación eléctrica de 120 V +/- 10%, 60 HZ para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador.(Fisher & Paykel , MR850). <u>CATALOGO 4 PAGINA 2</u>

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cauhtémoc D.F.
Av. Cauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA	IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO 			
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 ; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 12 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.7.7- Todo el sistema en idioma español.
2.7.8- Sistema de selección y ajuste de los valores de todos los parámetros de control.
2.7.9- Sistema de auto suministro de aire.
2.7.10- Suministro de gases desde toma mural.
2.7.10.1- Aire.
2.7.10.2- Oxígeno.
3 Accesorios
3.1 Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: 02: verde, aire: amarillo. Conexiones de acuerdo a cada Unidad (indicar marca, modelo y/o número de catálogo)

2.7.7- Todo el sistema en idioma español. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-8</u>
2.7.8- Sistema de selección y ajuste de los valores de todos los parámetros de control. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 4 PAGINA 4-5</u>
2.7.9- Sistema de auto suministro de aire. <u>CATALOGO 6, PAGINA 1</u>
2.7.10- Suministro de gases desde toma mural. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 2 PAGINA 2-1</u>
2.7.10.1- Aire. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 3 PAGINA 3-1</u>
2.7.10.2- Oxígeno. <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 3 PAGINA 3-1</u>
3 Accesorios
3.1 Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: 02: verde, aire: amarillo. Conexiones de acuerdo a cada Unidad (NEWPORT, HOS802P/ HOS1602P). <u>CATALOGO 3 PAGINA 3 Y PAGINA 4;</u>



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA	IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA	IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO			
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2Q16	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 13 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.2 Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
3.3 Dos circuitos de paciente adulto reusables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
3.4 Cámaras de humidificación reusables adulto/pediátrica (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
3.4 Sensor de temperatura (dos piezas) (indicar marca y/o número de catálogo).
3.6 Pulmón de prueba adulto/pediátrico. (indicar marca modelo y/o número de catálogo).
3.9 Brazo soporte para circuito paciente (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
3.10 Base rodable para el equipo, con sistema de freno en al menos dos ruedas.(indicar marca, modelo y/o número de catálogo).

3.2 Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. (NEWPORT,30-90 PSIG). <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 3 PAGINA 3-6 ; SECCION 8 PAGINA 8-21</u>
3.3 Dos circuitos de paciente adulto reusables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (PURITAN BENNETT / G-061208-SP). <u>CATALOGO 7, PAGINA 4</u>
3.4 Cámaras de humidificación reusables adulto/pediátrica (dos piezas) (FISHER & PAYKEL HEALTHCARE / código MR290V). <u>CATALOGO 5 PAGINA 1</u>
3.4 Sensor de temperatura. Dos piezas (FISHER & PAYKEL / sistema 850™); <u>CATALOGO 4 PAGINA 1</u>
3.6 Pulmón de prueba adulto/pediátrico. (NEWPORT LNG500A/LNG700P). <u>CATALOGO 3 PAGINA 4</u>
3.9 Brazo soporte para circuito paciente (NEWPORT, EXT450P/HGR210P). <u>CATALOGO 3 PAGINA 3</u>
3.10 Base rodable para el equipo, con sistema de freno en al menos dos ruedas.(NEWPORT CRT360A). <u>CATALOGO 3 PAGINA 1; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 3 PAGINA 3-2</u>

biossmanni

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA IMP.:13:35:48
 NOMBRE GENÉRICO 		
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 14 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.11 Dos circuitos de paciente pediátricos (diámetro interno 15 mm), libre de latex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca y modelo y/o número de catálogo)
3.12 Cámaras de humidificación reusable pediátrico-neonatal (no universal) (dos piezas) (indicar marca y modelo y/o número de catálogo)
4 Consumibles
4.1 Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.(indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
4.2 Mascarillas desechables libres de latex, con arnés o sujetador, para paciente adulto (10 piezas), pediátrico (10 piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
4.3 Nariz artificial / filtro HME (intercambiador de humedad y temperatura) adulto (10 piezas) y pediátrico (10 piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
5.- INSTALACION
5.1 Eléctrica 120V +/- 10% 60 HZ
5.2 Neumática.

3.11 Dos circuitos de paciente pediátricos (diámetro interno 15 mm), libre de latex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (PURITAN BENNETT / G-061223-00) CATALOGO 7, PAGINA 4
3.12 Cámaras de humidificación reusable pediátrico-neonatal (no universal) (dos piezas) (FISHER & PAYKEL HEALTHCARE / código MR290V.) CATALOGO 5 PAGINA 1
4 Consumibles
4.1 Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.(NEWPORT, RI25P03-002). CATALOGO 3 PAGINA 5
4.2 Mascarillas desechables libres de latex, con arnés, para paciente adulto grande (10 piezas), pediátrico mediana (10 piezas) (RESMED No. Catalogo 60724 / 60725) CATALOGO 8 PAGINA 1
4.3 Nariz artificial / filtro HME (intercambiador de humedad y temperatura) adulto (10 piezas) y pediátrico (10 piezas) (PURITAN BENNETT , 4 – 074600 – 00) CATALOGO 7 PAGINA 3
5 INSTALACION
5.1 Eléctrica 120V +/- 10% 60 HZ MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 8 PAGINA 8-20
5.2 Neumática. SE ENTREGAN E INSTALAN CONECTORES SEGÚN LA TOMAS QUE SE



ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA
		IMP.:21/07/2016
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA
		IMP.:13:35:48
NOMBRE GENÉRICO		
VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2-016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 ; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 15 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

5.2.1 Oxígeno
5.2.2 Aire.
6. Mantenimiento.
6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas y estándares. (Documentos vigentes).
7.1 Para bienes nacionales e internacionales :
7.1.1 Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2 Para bienes internacionales:
7.2.1 Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.
Adicionalmente para el siguiente equipo accesorios : Ventilador y humidificador.
7.3 Registro Sanitario

ENCUENTRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL
5.2.1 Oxígeno DISS <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 3 PAGINA 3-1; CATALOGO 3 PAGINA 3</u>
5.2.2 Aire DISS <u>MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION 3 PAGINA 3-1; CATALOGO 3, PAG. 4</u>
6. Mantenimiento.
6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas y estándares. (Documentos vigentes).
7.1 Para bienes nacionales e internacionales :
7.1.1 Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2 Para bienes internacionales:
7.2.1 Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.
Adicionalmente para el siguiente equipo accesorios : Ventilador y humidificador.
7.3 Registro Sanitario

biossmann

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.941.0972.03.01	FECHA	
		IMP.:21/07/2016	
CLAVE PREI:	000000000012193	HORA	
		IMP.:13:35:48	
NOMBRE GENÉRICO			
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NEWPORT
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	MODELO:	e360T
PARTIDA:	46	CATÁLOGO	CATALOGO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8; MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CANTIDAD:	108	FABRICANTE	NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC.
HOJA 16 DE 16			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

7.4 Para bienes nacionales:
7.4.1 Certificado de buenas prácticas de fabricación.

7.4 Para bienes nacionales:
7.4.1 Certificado de buenas prácticas de fabricación.

ATENTAMENTE

**ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**

**ANEXOS
DE CONTRATOS**



Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.6
CRITERIOS DE "EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"

LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E11-2016	FECHA:	25 DE JULIO DE 2016.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AV. DIAGONAL DE PATRIOTISMO No. 1 PISO A2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, C.P. 06170, DEL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.		
R.F.C.	CPL-851230-512		
TELÉFONO Y FAX	(55) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@casaplarre.com		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016	DOS SUCURSAL ES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONARA PREMO AL MES 42	0083EM	2010	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA PARA CATETERISMO CARDIACO	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA
						D250168	2012	UNIDAD RADIOLOGICA BASICA	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA
						0320	2013	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C" AVANZADA	CARTA DE LA AFIANZA DORA
						452000156 0-2014	2014	UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE O MÓVIL	REMISION, FACTURA 90001112 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA
						D55023BI	2015	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA

PARTIDA 9
UNIDAD
RADIOLOGICA Y
FLUOROSCOPICA
DIGITAL CON
TELEMANDO.

R.F.C.: CPL-851230-512

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 36309781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
Av. Cuahtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 PISO A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

<p>DECLARACION ANUAL 2015 Y DECLARACION PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO 2016</p>	<p>DOS SUCURSALES Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA ARA PREVIO AL MES 42</p>	<p>ORDEN A-584</p>	<p>2013</p>	<p>VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO</p>	<p>FACTURA 454</p>	<p>PARTIDA 46 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO.</p>
<p>5</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>CADPE-EM-LPE-015-2014-6</p>	<p>2014</p>	<p>VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO</p>	<p>FACTURA 1018 Y REMISION</p>	<p>VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADUL TO.</p>	<p>REMISION Y ACTA CIRCUNSTAN CIADA</p>	<p></p>
<p>6</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>15B10671</p>	<p>2015</p>	<p>VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ATENTAMENTE

ALBERTO PAUJINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPL-851230-512

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Miltras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Guadalupe
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalupe, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

Anexo No. 5A
 Partidas con PMR - Con Abastecimiento Simultáneo

PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-0195YR040-E11-2016 ELECTRÓNICA		FECHA:	25/07/2016
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.			
DOMICILIO:	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NC. 1 PISO A-2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170			
R.F.C.:	CPL8512309Z			
TÉLEFONO:	(0155) 51 34 02 70			
CORREO ELECTRÓNICO:	licitaciones@casaplarre.com			

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Fuente de Abastecimiento ofertada	Cantidad ofertada	PMR SIVA	Porcentaje de Descuento (Debe coincidir con el de Compras)	Descuento	Precio Unitario con Descuento s/IVA	Importe Total ofertado s/IVA
10	00000000011814	531.341.0493.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).	72%_Primera Fuente	33	2,900,000.00	51.35%	1,489,150.00	1,410,850.00	46,558,050.00
11	00000000011823	531.341.2479.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL	79%_Primera Fuente	23	2,526,637.93	58.00%	1,465,450.00	1,061,187.93	24,407,322.40
17	00000000011943	531.562.1010.04.01	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE	71%_Primera Fuente	107	265,942.37	21.72%	60,422.15	205,520.42	21,990,844.74
31	00000000016308	531.819.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES	89%_Primera Fuente	302	88,804.01	21.97%	19,068.22	69,737.79	21,060,812.26
46	00000000012183	531.841.0972.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO.	79%_Primera Fuente	45	450,000.00	28.81%	130,065.00	319,935.00	27,191,925.00
			950							
									SUB-TOTAL	141,208,784.43
									16% I.V.A	22,583,407.11
									TOTAL	163,802,201.54

Partida	Descripción	Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente
10	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).	46	72%	28%	33	13
11	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL.	29	79%	21%	23	6
17	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE.	151	71%	29%	107	44
31	MONITOR DE SIGNOS VITALES	435	69%	31%	302	133
46	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO.	108	79%	21%	85	23

IMPORTE TOTAL EN LETRA: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 54/100

NOTA: El precio resulte después de aplicar el porcentaje de descuento ofertado al Precio Máximo de Referencia "Precio Unitario con Descuento" será fijo durante la vigencia del contrato.

LOS PRECIOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

ANEXOS

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E11-2016 ELECTRÓNICA		FECHA:	25/07/2016
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	CASA PLARRE S.A. DE C.V.			
DOMICILIO:	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PISO A-2, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL CUARTHÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170			
R.F.C.:	CPL85123092			
TELÉFONO:	(0155) 51 34 02 70			
CORREO ELECTRÓNICO:	licitaciones@casaplarre.com			

Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Fuente de Abastecimiento ofertada	Cantidad ofertada	PIIR SIVA	Porcentaje de Descuento (Deberá coincidir con el de CompraNet)	Descuento	Precio Unitario con Descuento s/IVA	Importe Total ofertado s/IVA
---------	------	-----	-------------	-----------------------------------	-------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	------------------------------

Castellanos, C.F.
 Diagonal de Patriotismo No. 1 PISO A-2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 51 34 02 70
 ventas@castellanos.com

Castellanos, D.F.
 Av. Llaveblanca No. 270 201
 Col. Llaveblanca
 C.P. 06270 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3750
 ventas@castellanos.com

Monterrey
 Surco Indus. No. 1554
 Col. Jardines Monterrey N.L.
 C.P. 64610 Monterrey N.L.
 Tel. 01 81 8146 5473
 ventas@monterrey.com

Cuadalupe
 Central Antonio con los Cerros A
 Col. Jardines Cuadalupe Jal.
 C.P. 46100 Cuadalupe Jalisco
 Tel. 01 469 5400000
 ventas@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

brossmann

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0379

OTX ANEXO 3

**“GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y
FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO”, DIRECTORIO
DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE
CONTRATO”**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **06** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	Descripción	Presupuesto	Quilómetros	Quilómetros	UMAF REG.	TOTAL	REPROG.	Cuadro	In	7/71	Cuadro	7/71
					(No. 41/00)	(E-F-G)			(%)	(%)		(%)
1	531.156.0089.05.01	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.					6	6				
2	531.160.0026.03.01	UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFÍA.					2	2				
3	531.168.0069.02.01	Electrocardiógrafo multicanal con Interpretación.		1								
4	531.291.0028.01.01	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MODULO INTEGRADO (CON COMPRESOR)				1	228	229	79%	34%	181	78
5	531.324.0201.03.01	ECCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL					277	277	73%	31%	202	87
6	531.325.0069.01.01	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA OFTALMOLÓGICA.					9	9				
7	531.327.0257.01.01	SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.					2	2				
8	531.328.0116.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (GINECOLÓGICA).					12	12				
9	531.341.0481.05.01	UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL CON TELEMANDO.					42	42	171%	40%	72	17
10	531.341.0499.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).					8	8				
11	531.341.2479.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL					45	45	79%	29%	33	19
12	531.341.2552.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C.					9	9	256%	67%	23	6
13	531.350.0026.01.01	LASER QUIRURGICO NEODYMIUM-YAG.					2	2				
14	531.361.0171.01.01	ESPIRÓMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO.					1	1				
15	531.430.0061.01.01	FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO.					9	9				
16	531.497.0053.02.01	Incubadora de traslado.					5	5				
17	531.562.1090.04.01	Lámpara quirúrgica doble.		1			1	13				
18	531.562.1457.01.01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED		1			7	89				
19	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA).		5			5	546	120%	49%	107	44
20	531.616.5116.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIURUGIA Y LAMINECTOMIA).					14	551	71%	31%	391	171
21	531.616.5116.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA).					11	11				
							5	5				



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	TRP	SN	Distribución	Quantum Revoluciones	Quantum Tecnología	UNAFIHO No. 4 (UCIN)	TOTAL EAO 2015 (B+G)	REPOSICIÓN	Cantidad Total	% de Ingresos	% de Fuerza	Cantidad Ingresos 2015	Cantidad Fuerza 2015	Aplicación
22	12050	531.626.0024.02.01	MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGÍA.					3	3					
23	12056	531.626.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMOLOGÍA DE ALTA ESPECIALIDAD.					2	2					
24	12074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.					7	7					
25	12176	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.					6	6					
26	12229	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL					12	12					
27	12293	533.622.0057.02.01	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO.					2	2					
28	16313	531.053.0356.05.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD					14	14					
29	16342	531.316.0094.03.01	VIDEODENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE.					10	10					
30	16361	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.					3	3					
31	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	12			18	417	435	69%	31%	302	133	
32	16417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO.					9	9					
33	16418	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO AVANZADO.					15	15					
34	16434	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNETICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR.					2	2					
35	16452	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, DOCE CAMAS DE TRAUMA.					1	1					
36	17033	531.254.0049.04.01	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES, UNI					5	5					
37	17408	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA.					3	13					
38	17409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA.	5			5	74	79					
39	18655	531.941.1012.01.01	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL					4	4					
40	18802	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CATORCE CAMAS DE TRAUMA.					1	1					
41	18870	531.191.0417.00.01	CARRO ROLIO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR.					26	26					
42	11787	531.327.0232.01.01	SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO CONTINUO Y AMBULATORIO.					7	7					

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	UOE	SWI	Descripción	Compras Quilómetros	Quilómetros Terceriza	UVAFECO (No. 4 UCN)	TOTAL EAO/CFIF (E-F-G)	PROPÓSICIÓN	Cantidad Total	Porcentaje EAO	Cantidad Porcentaje EAO	Cantidad Porcentaje Abastecimiento
43	11803	531.333.0317.01.01	ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)					7	7			
44	11979	531.497.2083.02.01	INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO.					93	93			
45	12188	531.941.0048.01.01	Ventilador neonatal para cuidados intensivos			6	6	19	25	65%	35%	60
46	12193	531.941.0972.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO.					108	108	79%	21%	85
47	16364	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.					4	4			23
48	16377	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (SIN FOTOTERAPIA)	5			5	66	71	82%	18%	58
49	16378	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA)					69	69	78%	22%	54
50	16400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.					14	14			
51	16414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO- NEONATAL	1			1	61	62			
				23	23		52	2,401	2,453			1,568
												633

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

✓



UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Código	Descripción	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	398 Camas para terapia intensiva	90
1	531.156.0088.03.01 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.		90
2	531.160.0026.03.01 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFÍA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
3	531.166.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.		90
4	531.291.0028.01.01 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESORA)	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	No Req.	2161 Unidad para tratamiento dental con escupitera	90
5	531.324.0201.03.01 ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
6	531.325.0069.01.01 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA OFTALMOLÓGICA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
7	531.327.0257.01.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
8	531.328.0116.02.01 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (GINECOLÓGICA).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
9	531.341.0461.05.01 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.		90
10	531.341.0499.01.01 UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL).	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
11	531.341.2479.03.01 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
12	531.341.2552.01.01 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
13	531.350.0026.01.01 LASER QUIRURGICO NEODYMIUM-YAG.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
14	531.351.0171.01.01 ESPIRÓMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRFO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
15	531.430.0061.01.01 FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADCO.SOLIDO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
16	531.467.0053.02.01 INCLUIDORA DE TRASLADO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
17	531.562.1010.04.01 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	1223 Lámpara quirúrgica	90
18	531.562.1457.01.01 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	1224 Lámparas de chloctde	90



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida	Repi	SG	Equipo	Presup.	Autoservicio	Dosis	Vapor	Tuberia	Descontar por Ingeniería	Material de consumo	Material de mantenimiento	Requisitos Servicio	Servicio máximo de meses	Transporte (días)
19	12036	531.616.5108.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL (PARA GINECOLOGÍA)	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Meses, para cirugía	90
20	12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA Y LAMINECTOMÍA)	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Meses, para cirugía	90
21	12037	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1384 Meses, para cirugía	90
22	12050	531.626.0024.02.01	MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGÍA	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1410 Microscopios	90
23	12056	531.626.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGÍA DE ALTA ESPECIALIDAD.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	1410 Microscopios	90
24	12074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.	2173 Unidades de tratamiento para otorrinolaringología (sin equipar)	90
25	12176	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	SI req.	426 Campanas, de aislamiento, con fillo de aire laminar	90
26	12229	533.158.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.	1410 Microscopios	90
27	12293	533.622.0057.02.01	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	SI Req.	No Req.		90
28	16313	531.053.0356.05.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
29	16342	531.316.0094.03.01	VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
30	16361	531.632.0554.03.01	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
31	16398	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedio	SI Req.	SI req.		90
32	16417	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
33	16418	531.924.0031.03.01	ULTRASONÓGRAFO AVANZADO.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90
34	16434	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNÉTICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	Avanzado	SI Req.	SI req.		90



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida	UOM	EN	DESCRIPCIÓN	Programa	Interventoría	Sistema	Vapor	Tablero	Desarrollo de software	Activo de depreciación	Mano de obra especializada	Mano de obra especializada	Instalación de software	Mano de obra especializada	Mano de obra especializada	Mano de obra especializada	Mano de obra especializada	Mano de obra especializada
50	16400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	fundamental	SI Req.	SI Req.	SI req.					90
51	16414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzado	SI Req.	SI Req.	SI req.					90

NOMENCLATURA	TIPO DE CAPACITACIÓN:	
	NOMENCLATURA	TIPO DE CAPACITACIÓN:
No Req	NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.	
F = FUNDAMENTAL	Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.	
I = INTERMEDIA.	Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.	
A = AVANZADA	Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.	

DIVISIÓN DE CONTRATOS
ANEXOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

Reposición	Unidad Médica	Empleados	Administrador	Director Administrativo de la UMAE	PREJ	SAI	Descripción	Cantidad	Almacenamiento Simultáneo
42	UMAE HTO LOMAS VERDES	Calle Sullivan No. 5/N, Colonia San Rafael C.P. 6470 Cuautlémoc, Municipio de Cuautlémoc, Distrito Federal	Lic. Enrique Albarrán Vázquez	Director Administrativo de la UMAE	11787	531.327.0332.01.01	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	1	
46	UMAE HTO LOMAS VERDES	Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México	Lic. Enrique Albarrán Vázquez	Director Administrativo de la UMAE	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador pediátrico.	2	*
46	UMAE HTO LOMAS VERDES	Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México	Lic. Enrique Albarrán Vázquez	Director Administrativo de la UMAE	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador pediátrico.	2	*
46	UMAE HTO LOMAS VERDES	Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México	Lic. Enrique Albarrán Vázquez	Director Administrativo de la UMAE	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador pediátrico.	1	*
46	UMAE HTO LOMAS VERDES	Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México	Lic. Enrique Albarrán Vázquez	Director Administrativo de la UMAE	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador pediátrico.	2	*
46	UMAE HTO LOMAS VERDES	Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México	Lic. Enrique Albarrán Vázquez	Director Administrativo de la UMAE	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador pediátrico.	2	*
46	UMAE HTO LOMAS VERDES	Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México	Lic. Enrique Albarrán Vázquez	Director Administrativo de la UMAE	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador pediátrico.	1	*

SIN TEXTO

A handwritten signature or mark consisting of a few stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.