



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONTINUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NUMERO 16BI0681
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS		SESION DEL CIAAS		N/A		VIGENCIA DEL CONTRATO					
DEL	DIÁ	MES	AÑO	HASTA	DIÁ	MES	AÑO	DEL	AÑO		
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION		LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS ELECTRONICA NUMERO LA-019GYR040-E16-2016		N/A		22	SEPTIEMBRE	2016	31	DICIEMBRE	2016
FUNDAMENTO		ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25, 26 FRACCION I, 26 BIS FRACCION II, 27, 28, FRACCION II, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCION I Y 46 DE LA LAASSP EL RLAASSP Y DEMAS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA		N/A		OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION					
FECHA DE FALLO		DIÁ	MES	AÑO	CERRADO (X)		ABIERTO ()		PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE ACUERDO AL OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION (OLI), MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO)		
PROVEEDOR		CASA PLARRE, S.A. DE C.V		R.F.C.		CPL 851230-512		REGISTRO PATRONAL INSS		010-23756-10-7	
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")		DIAGONAL DE PATRIOTISMO NUMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPODROMO CONDESA, DELEGACION CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 05170, CIUDAD DE MEXICO		N/A		CORREO ELECTRONICO		ventas@casaplarre.com		licitaciones@casaplarre.com	
TELÉFONO(S)		5134-0270 y 5534-3730		FAX		CORREO ELECTRONICO		ventas@casaplarre.com		licitaciones@casaplarre.com	
ESCRITURA PUBLICA:		23,533 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)		FECHA ESCRITURA PUBLICA		NOTARIO PÚBLICO		LICENCIADO ADOLFO MARTINEZ Y GOMEZ DEL CAMPO (CONST)		LICENCIADO JUAN MARQUEL ASPRON PELAYO (REFORMA)	
NOTARIA PÚBLICA		56 DEL DISTRITO FEDERAL (CONST) 186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)		FOLIO MERCANTIL		NOTARIO PÚBLICO		BAJO EL NUMERO 309, A FOLIAS 279 VOLUMEN 335, LIBRO 3º (CONSTITUTIVA) 43075 (REFORMA)		43075*	
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE EN OTRAS ACTIVIDADES, EN:		COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLOGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLOGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFIA, FLUOROSCOPIA, ANGIOGRAFIA, IMPRESORAS TERMICAS Y LASER. ASI COMO EQUIPOS MEDICOS ELECTRONICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALOGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, ELECTROMIOGRAFOS, CENTRALES DE MONITOREO Y CARROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACION		ESCRITURA PÚBLICA		FECHA ESCRITURA PUBLICA		85,624		4 DE FEBRERO DE 2014	
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL		ALBERTO PAULINO BASURTO		NOTARIA PÚBLICA		FOLIO MERCANTIL		211 DEL DISTRITO FEDERAL		43075*	
NOTARIO PÚBLICO		LICENCIADO JOSE EUGENIO CASTANEDA ESCOBEDO		NOTARIA PÚBLICA		PLAZO PARA PAGO		DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA APROBACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) QUE REINA LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA		IMPORTE SIN I.V.A.	
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES		A LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACION DE FALLO		LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES		IMPORTE SIN I.V.A.		\$1,395,000.00		0% () 16% (X)	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, CUYAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2 (DOS) DE ESTE CONTRATO.		(UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		"EL INSTITUTO"		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		"EL PROVEEDOR"	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, CUYAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2 (DOS) DE ESTE CONTRATO.		JOSÉ ROBERTO FLORES BANUELOS Apoderado Legal		LUIS ENRIQUE MENDOZA FLORES Jefe de Servicios Administrativos en la Delegación Colima Administrador del Contrato		CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal		CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

IMPRESO 2016
COPIA ORIGINAL

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0681

ANEXO 1

"OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE PROYECTOS



Ciudad de México, a 18 AGO 2016

0873

Oficio No. 09 53 84 61 1CHB/ 0093

Licenciado

Armando Esquivel Pichardo

Titular de la División de Evaluación y Seguimiento Financiero

Presente

Por medio del presente, envío adjunto de manera impresa, Guía de Equipamiento a Nivel de Detalle de Equipo Médico necesario para el Hospital General de Zona 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima; con la solicitud de sustituir la correspondiente al Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No. BMI/354/869, emitido por la cantidad de 18 bienes con un importe de \$45'203,514.00 (cuarenta y cinco millones doscientos tres mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.). Lo anterior obedece al resultado de las propuestas presentadas en la Licitación LA-019GYR040-E16-2016.

Cabe mencionar, que tanto la cantidad como el importe total de la guía, no tuvo cambio alguno.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

La Titular


Arq. Jaime Jesús Juárez Maldonado

Elaboró

Ing. Amelia Patiño González

Supervisó

Arq. Pamela Hernández García



Copia para:

- Lic. Sergio Pérez Aguilera.- Delegado Estatal en Colima. (@)
- Lic. Francisco Sáenz de Cámara Aguirre.- Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura. (*)
- Mtro. Daniel Broid Krauze.- Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica. (*)
- Ing. Jesús Guajardo Briones.- Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria. (*)
- Mtro. Fco. Josué Cortés Enriquez.- Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles. (*)
- Dra. Olga Georgina Martínez Montañez.- Titular de la División de Infraestructura Médica. (*)
- Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán.- Titular de la División de Equipamiento Médico. (*)
- Ing. Amelia Patiño González.- Titular de la Subjefatura de División de Investigación, Equipamiento y Desarrollo de Proyectos Sustentables. (*)
- Expediente

PHG/APG/JJMM

No descarga Volante

(*) Se envía copia por Sistema de Gestión.

(@) Se envía copia por correo electrónico.

EGM 137

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Finanzas
 Presupuesto Autorizado para Ejercer en 2016
 (cifras en pesos corrientes)
 Anexo 1 para la Adquisición de Bienes de Inversión

No.	No. Programa y/o Proyecto	SAI			PREI			Cant.	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA		
		Municipio Estado	Nombre de la Unidad	Número de la Unidad	INTEGRADA	GPO GEN	ESP				DIF	VAR
1	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 341 0460 01 01	531 341 0460 01 01	01	000000000011814	UNIDAD FISIOLÓGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL) CON CR	2	\$ 2,348,030.00	\$ 4,696,060.00
2	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 341 2479 03 01	531 341 2479 03 01	01	000000000011823	UNIDAD FISIOLÓGICA PORTÁTIL CON CR	1	\$ 2,175,423.00	\$ 2,175,423.00
3	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 341 2529 01 01	531 341 2529 01 01	01	000000000011928	UNIDAD FISIOLÓGICA Y FISIOLÓGICA CON TELEMANDO Y ARCO EN C. CON MESA BASCULABLE	1	\$ 17,000,000.00	\$ 17,000,000.00
4	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 365 0835 04 01	531 365 0835 04 01	01	000000000011869	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO GRANDE (CON DOS PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR)	2	\$ 1,372,710.00	\$ 2,745,420.00
5	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 365 1031 02 01	531 365 1031 02 01	01	000000000011974	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERIODO DE HIDRÓGENO	1	\$ 4,620,000.00	\$ 4,620,000.00
6	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 365 1049 01 01	531 365 1049 01 01	01	000000000011872	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE ÁCIDO PERACÉTICO	1	\$ 1,334,000.00	\$ 1,334,000.00
7	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 606 0275 01 01	531 606 0275 01 01	01	000000000012007	MANÓMETRO ESOPHAGOGASTRO-RECTAL	1	\$ 1,540,854.00	\$ 1,540,854.00
8	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 700 0106 02 01	531 700 0106 02 01	01	000000000012081	PIETISMOGRÁFO CORPORAL, PEDIÁTRICO ADULTO	1	\$ 961,600.00	\$ 961,600.00
9	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 824 0056 01 01	531 824 0056 01 01	01	000000000012174	DOPLER PARA MEDIR FLUJO	1	\$ 611,182.00	\$ 611,182.00
10	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 365 0835 04 01	531 365 0835 04 01	01	000000000016345	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (50 x 50 x 95 cm) (UNA PUERTA)	3	\$ 1,540,701.00	\$ 4,622,103.00
11	12060001	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	HGZ	165 C.	531 328 0132 01 01	531 328 0132 01 01	01	000000000011791	UNIDAD DE ELECTROCRURIA ENDOSCÓPICA AVANZADA	4	\$ 1,224,718.00	\$ 4,899,872.00

ANEXOS
 VISOS DE CONTRATOS

0874



Ing. Jesús Guajardo Briones
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
Presente

Ciudad de México, a 10 de junio de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611320/0549
La División de Evaluación y Seguimiento Financiero dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$45,203,514.00; referente al presupuesto 2016 del programa Equipo Asociado a Obra para la adquisición de 18 bienes destinados al Nuevo Hospital General de Zona (HGZ) en el municipio de Villa de Álvarez, Colima (Sustitución del HGZ No. 1).

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No.099001/6B3000/6B30/BMI/ 354 / 0869

Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)
Clave de cartera: 1250GYR0003
No. de solicitud: 37323
Unidad Responsable: GYR
Programa presupuestario: K012
Fuente financiamiento: 4
Importe del calendario fiscal: 411,934,333
Localización geográfica: 06 Colima

Información del HCT del IMSS

Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 12060001
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF
Asignación presupuestaria: 136,975,347
Nombre del PPI: Equipo Asociado a Obra

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, firmado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 18
Monto original con IVA: 45,203,514.00

(cuarenta y cinco millones doscientos tres mil quinientos catorce pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Coordinador

José David Méndez Santa Cruz

ALEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0280



Clave de Cartera SHCP: 1200GYR0003
No. solicitud de SHCP: 37323


No. de programa o proyecto PREI: 12000001
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 354/ 0869

Nombre del programa o proyecto: Construcción de Hospital de Zona (HZZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HZ2 No. 1)

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Máximum Presupuesto del Distrito del Bim			PREI Máximum Costo de Compromiso			cifras en pesos											
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Anclaje	Descripción	URG Ubicación	URG	UI	Camino de Costo	Periodo Ppal	No de bienes	Precio Unitario con IVA	Monto autorizado
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093850	0000160279	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-385	0835	04	01	16345	ESTERILIZADOR DE VAJOR DIRECTO	09	09530007	095001	130000	2016M08	3	1,540,701	4,622,103.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093840	0000160265	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-328	0132	01	01	11791	UNIDAD DE ELECTROCARDIOGRAFIA ENDCS	09	09530007	095001	130000	2016M08	4	1,224,218	4,896,872.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093841	0000160292	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-341	0409	01	01	11914	UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA	09	09530007	095001	130000	2016M08	2	2,346,530	4,696,060.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093842	0000160249	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-341	2478	03	01	11923	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL E	09	09530007	095001	130000	2016M08	1	1,175,423	1,175,423.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093843	0000160266	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-341	2629	01	01	11928	FLUOROSCOPIO	09	09530007	095001	130000	2016M08	1	17,000,000	17,000,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093844	0000160242	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-385	0835	04	01	11989	ESTERILIZADOR DE VAJOR DIRECTO	09	09530007	095001	130000	2016M08	2	1,372,710	2,745,420.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093845	0000160237	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-385	1031	02	01	11971	TEMPERAT	09	09530007	095001	130000	2016M08	1	4,670,000	4,670,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093846	0000160284	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-385	1058	01	01	11972	TEMPERAT	09	09530007	095001	130000	2016M08	1	1,334,000	1,334,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093847	0000160255	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-306	0275	01	01	12007	MANOMETRO ESOFAGICO/RANO-ESITAL	09	09530007	095001	130000	2016M08	1	2,040,854	2,040,854.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093848	0000160267	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-700	0710	02	01	12081	EQUIPO PLETISMOGRAFO CORPORAL	09	09530007	095001	130000	2016M08	1	1,481,609	1,481,609.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	12093849	0000160260	351	HZZ 165 CAMAS	VILLA ALVAREZ	06140008	060104	200200	531-524	0058	01	01	12174	DOPLER PARA MEDIR FLUIDO SOUT	09	09530007	095001	130000	2016M08	4	611,162	611,162.00
D.T.A.L													18	34,726,716	45,203,514.00								

AL VIZOR
DIVISION DE CONTRATOS

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p>Contrato Numero 16BI0681</p>
---	--	--

ANEXO 2

**“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ANEXO 1.6 Y
PROPUESTA ECONÓMICA”**

**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 07 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	FECHA IMP.:09/08/2016
CLAVE PREI:	000000000011823	HORA IMP.:14:54:20
NOMBRE GENÉRICO		
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (CON CR)		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>SHIMADZU / FUJI</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E16-2016</u>	MODELO:	<u>MOBILE ART EVOLUTION / FCR CASPULA XLII</u>
PARTIDA:	<u>11</u>	CATÁLOGO	<u>HOJA TECNICA 1 CATALOGO 1, 2, 3, COMPUTADORA, TARJETA MANUAL 1, 2, 3, 4</u>
CANTIDAD:	<u>1</u>	FABRICANTE	<u>SHIMADZU CO. / FUJIFILM CO.</u>

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

HOJA 1 DE 7

1. Definición
1.1 Equipo de rayos "X" móvil.
2 Descripción
2.1 Generador de rayos X de alta frecuencia.
2.1.1 Potencia de 30 kW o mayor.
2.1.2 Corriente de 300 mA.
2.1.3 Ajuste de kilovoltaje pico de 40 kV o menor a 125 kV o mayor en pasos de 1 kV.
2.1.4 Tiempo de exposición de 3 ms o menor a 2 seg. o mayor.
2.2 Tubo de rayos X.
2.2.1 Ánodo rotatorio.
2.2.2 Dos puntos focales de 1.5 mm o menor y de 0.8 mm o menor.
2.2.3 Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en ánodo de 100 KHU o mayor.

1. Definición
1.1 Equipo de rayos "X" móvil.
<u>CATALOGO 1, PORTADA</u>
2 Descripción
2.1 Generador de rayos X de alta frecuencia.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3;</u>
<u>MANUAL 1, PAGINA 1-3</u>
2.1.1 Potencia de 32 kW.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 2</u>
2.1.2 Corriente de 400 mA.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 2</u>
2.1.3 Ajuste de kilovoltaje pico de 40 kV a 133 kV en pasos de 1 kV.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 2</u>
2.1.4 Tiempo de exposición de 1 ms a 4 seg.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 2</u>
2.2 Tubo de rayos X.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>
2.2.1 Ánodo rotatorio.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>
2.2.2 Dos puntos focales de 1.3 mm y de 0.7 mm.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>
2.2.3 Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en ánodo de 300 KHU.
<u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>

ALEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	FECHA	IMP.:09/08/2016
CLAVE PREI:	000000000011823	HORA	IMP.:14:54:20
NOMBRE GENÉRICO			
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (CON CR)			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2.2.4 Movimiento telescópico o de contrapesado.
2.2.5 Rotación del tubo o soporte del tubo de +90 y -90° o mayor.
2.3 Controles e indicadores de parámetros de exposición con despliegue en pantalla.
2.4 Portatubo tipo telescópico o contrapesado, giratorio.
2.5 Altura del foco al piso o SID de 1.80 metros o mayor.
2.6 Rodamiento con sistema de frenado.
2.7 Peso de 500 kg o menor.
2.8 Con o sin baterías.
2.9 Cajón portachasis
2.10 Control remoto inalámbrico.
3 Accesorios.
3.1 Sistema digitalizador de imágenes de rayos "X"
3.1.1 Resolución espacial desde 10 pixeles/mm o mayor o de 100 micrones o menor.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	SHIMADZU / FUJI
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E16-2016	MODELO:	MOBILE ART EVOLUTION / FCR CASPULA XLII
PARTIDA:	11	CATÁLOGO	HOJA TECNICA 1 CATALOGO 1, 2, 3, COMPUTADORA, TARJETA MANUAL 1, 2, 3, 4
CANTIDAD:	1	FABRICANTE	SHIMADZU CO. / FUJIFILM CO.
HOJA 2 DE 7			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.2.4 Movimiento de brazo telescópico de hasta 1200 mm y columna con sistema de contrapeso. CATALOGO 1, PAGINA 7
2.2.5 Rotación del tubo alrededor del eje horizontal $\pm 180^\circ$. HOJA TECNICA 1, PAGINA 4
2.3 Controles e indicadores de parámetros de exposición con despliegue en pantalla de display de 7 segmentos. MANUAL 1, PAGINAS 2-6 Y 2-7
2.4 Columna portatubo con sistema contrapesado, con giro de $\pm 270^\circ$. CATALOGO 1, PAGINA 7 Y 11
2.5 Altura del foco al piso de 2.01 metros(2010 mm). HOJA TECNICA 1, PAGINA 4
2.6 Rodamiento con sistema de frenado. MANUAL 1, PAGINA 2-3
2.7 Peso de 390 kg. HOJA TECNICA 1, PAGINA 4
2.8 Con baterías. MANUAL 1, PAGINA 1-3
2.9 Cajón portachasis CATALOGO 1, PAGINA 9
2.10 Control remoto inalámbrico infrarrojo. CATALOGO 1, PAGINA 9
3 Accesorios.
3.1 Sistema digitalizador de imágenes de rayos "X" MANUAL 2, PORTADA Y PAGINA 1
3.1.1 Resolución espacial desde 20 pixeles/mm y de 50 micrones. MANUAL 2, PAGINA 1

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Miltras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de GuevarA
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	FECHA	IMP.:09/08/2016
CLAVE PREI:	000000000011823	HORA	IMP.:14:54:20
NOMBRE GENÉRICO			
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (CON CR)			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	SHIMADZU / FUJI
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E16-2016	MODELO:	MOBILE ART EVOLUTION / FCR CASPULA XLII
PARTIDA:	11	CATÁLOGO	HOJA TECNICA 1 CATALOGO 1, 2, 3 COMPUTADORA TARJETA MANUAL 1, 2, 3, 4
CANTIDAD:	1	FABRICANTE	SHIMADZU CO. / FUJIFILM CO.
HOJA 3 DE 7			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.1.2 Resolución en escala de grises o conversión analógica-digital o nivel de información de 12 bits o mayor.
3.1.3 Procesamiento o post-procesamiento de imágenes.
3.1.4 Capacidad de almacenamiento de al menos 7000 imágenes o mayor.
3.1.5 Rendimiento de 80 placas o chasis por hora o mayor para un tamaño mínimo de 35 x 43 cm (14" x 17").
3.1.6 Acceso mediante nombre de usuario y contraseña con diferentes niveles o perfiles
3.1.7 Software para eliminar artefactos en la imagen o artefactos producidos por rejilla
3.1.8 Para chasis de fosforo con los siguientes tamaños:
3.1.8.1 De 18 x 24 cm (8" x 10")
3.1.8.2 De 24 x 30 cm (10" x 12")
3.1.8.3 De 35 x 35 cm (14" x 14")

3.1.2 Resolución en escala de grises de 12 bits. <u>MANUAL 2, PAGINA 5</u>
3.1.3 Procesamiento de imágenes. <u>MANUAL 3, PAGINA 12</u>
3.1.4 Capacidad de almacenamiento con disco duro interno de 500 GB. <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA REPREGUNTA No. 30 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES</u> <u>MANUAL 3, PAGINA 8</u>
3.1.5 Rendimiento de 87 placas o chasis por hora para un tamaño de 35 x 43 cm (14" x 17"). <u>MANUAL 2, PAGINA 3</u>
3.1.6 Acceso mediante nombre de usuario y contraseña con diferentes niveles o perfiles <u>MANUAL 3, PAGINA 1</u>
3.1.7 Software para eliminar artefactos en la imagen o artefactos producidos por rejilla <u>MANUAL 3, PAGINA 6, 12</u>
3.1.8 Para chasis de fosforo con los siguientes tamaños: <u>CATALOGO 2, PORTADA Y PAGINA 1</u>
3.1.8.1 De 8" x 10" <u>CATALOGO 2, PAGINA 1</u>
3.1.8.2 De 10" x 12" <u>CATALOGO 2, PAGINA 1</u>
3.1.8.3 De 14" x 14" <u>CATALOGO 2, PAGINA 1</u>

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
Av. Cuahtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	FECHA	IMP.:09/08/2016
CLAVE PREI:	000000000011823	HORA	IMP.:14:54:20
NOMBRE GENÉRICO			
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (CON CR)			

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

3.1.8.4 De 35 x 43 cm (14" 17")
3.2 Interfaz de red ethernet 100/1000 base T
3.3 Estándar de comunicación DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso irrestricto
3.3.1 DICOM Verification
3.3.2 DICOM Storage Commitment
3.3.3 DICOM Storage
3.3.4 Print Management
3.3.5 DICOM Media Storage
3.3.6 DICOM Worklist
3.4 Unidad grabadora de CD y DVD.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	SHIMADZU / FUJI
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E16-2016	MODELO:	MOBILE ART EVOLUTION / FCR CASPULA XLI
PARTIDA:	11	CATÁLOGO	HOJA TECNICA 1 CATALOGO 1, 2, 3, COMPUTADORA, TARJETA MANUAL 1, 2, 3, 4
CANTIDAD:	1	FABRICANTE	SHIMADZU CO. / FUJIFILM CO.
HOJA 4 DE 7			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.1.8.4 De 14" x 17" CATALOGO 2, PAGINA 1
3.2 Interfaz de red ethernet 100Base TX/1000 base T SEGÚN RESUESTA DADA A LA REPREGUNTA No. 29 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES MANUAL 3, PAGINA 8; CATALOGO COMPUTADORA, PAGINA 1 Y 2; CATALOGO TARJETA, PAGINA 2
3.3 Estándar de comunicación DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso irrestricto (Habilitacion sin restricciones para uso de funciones DICOM) MANUAL 4, PORTADA Y PAGINAS 9 Y 15
3.3.1 DICOM Verification MANUAL 4, PAGINA 16
3.3.2 DICOM Storage Commitment MANUAL 4, PORTADA Y PAGINA 24
3.3.3 DICOM Storage MANUAL 4, PORTADA Y PAGINA 13
3.3.4 Print Management MANUAL 4, PORTADA Y PAGINA 4
3.3.5 DICOM Media Storage MANUAL 4, PORTADA Y PAGINA 58
3.3.6 DICOM Worklist MANUAL 4, PORTADA Y PAGINAS 10, 54 Y 64
3.4 Unidad grabadora de CD y DVD. MANUAL 3, PAGINA 8

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com



ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	FECHA IMP.:09/08/2016
CLAVE PREI:	000000000011823	HORA IMP.:14:54:20
NOMBRE GENÉRICO		
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (CON CR)		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>SHIMADZU / FUJI</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E16-2016</u>	MODELO:	<u>MOBILE ART EVOLUTION / FCR CASPULA XLII</u>
PARTIDA:	<u>11</u>	CATÁLOGO	<u>HOJA TECNICA 1 CATALOGO 1, 2, 3, COMPUTADORA, TARJETA MANUAL 1, 2, 3, 4</u>
CANTIDAD:	<u>1</u>	FABRICANTE	<u>SHIMADZU CO. / FUJIFILM CO.</u>
HOJA 5 DE 7			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.4.1 Software para almacenar estudios, Incluyendo visor de imágenes compatibles en DICOM.
3.5 Estación de visualización.
3.5.1 Pantalla palana táctil LCD de 17" o mayor.
3.5.2 Software (stiching) y hardware para composición de imágenes (ortopedia, columna-cuerpo completo o huesos largos)
4. Consumibles.
4.1 Tres chasis de fosforo de tamaño 24 x 30 cm (10" x 12").
4.2 Tres chasis de fosforo de tamaño 35 x 35 cm (14" x 14").
4.3 Tres chasis de fosforo de tamaño 35 x 43 cm (14" x 17").
5 Refacciones.
5.1 Según marca y modelo.
6 Instalación.
6.1 Corriente eléctrica de 120V/60Hz.

3.4.1 Software para almacenar estudios, Incluyendo visor de imágenes compatibles en DICOM. <u>MANUAL 3, PAGINA 19</u> <u>MANUAL 4, PAGINA 15</u>
3.5 Estación de visualización. <u>MANUAL 3, PORTADA Y PAGINA 1</u>
3.5.1 Pantalla plana táctil LCD de 19". <u>CATALOGO 3, PORTADA Y PAGINA 1</u>
3.5.2 Software que permite aplicar el stitching con ajuste automático de densidad en cada imagen. <u>SEGÚN RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID. DEM No 65964 Y RESPUESTA DADA A LA REPREGUNTA No. 32 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES</u> <u>MANUAL 3, PAGINA 19</u>
4. Consumibles.
4.1 Tres chasis de fosforo de tamaño 10" x 12". <u>CATALOGO 2, PAGINA 1</u>
4.2 Tres chasis de fosforo de tamaño 14" x 14". <u>CATALOGO 2, PAGINA 1</u>
4.3 Tres chasis de fosforo de tamaño 14" x 17". <u>CATALOGO 2, PAGINA 1</u>
5 Refacciones.
5.1 Según marca y modelo.
6 Instalación.
6.1 Corriente eléctrica de 120V/60Hz. <u>HOJA TECNICA 1, PAGINA 3</u>

ANEXOS
ANEXOS DE CONTRATOS



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	FECHA IMP.:09/08/2016
CLAVE PREI:	000000000011823	HORA IMP.:14:54:20
NOMBRE GENÉRICO		
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (CON CR)		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>SHIMADZU / FUJI</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E16-2016</u>	MODELO:	<u>MOBILE ART EVOLUTION / FCR CASPULA XLII</u>
PARTIDA:	<u>11</u>	CATÁLOGO	<u>HOJA TECNICA 1 CATALOGO 1, 2, 3, COMPUTADORA, TARJETA MANUAL 1, 2, 3, 4</u>
CANTIDAD:	<u>1</u>	FABRICANTE	<u>SHIMADZU CO. / FUJIFILM CO.</u>
HOJA 6 DE 7			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

7 Operación.
7.1 Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
8 Mantenimiento.
8.1 Preventivo.
8.2 Correctivo por personal calificado.
9 Normas – Estándares vigentes.
9.1 Para bienes nacionales e internacionales
9.1.1 Registro Sanitario
9.1.2 Certificado ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV
9.2 Para bienes Nacionales
9.2.1 Certificado de Buenas Practicas de Fabricación
9.3 Para bienes internacionales
9.3.1 Certificado FDA o Health Canada o CE o JIS o

7 Operación.
7.1 Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
8 Mantenimiento.
8.1 Preventivo.
8.2 Correctivo por personal calificado.
9 Normas – Estándares vigentes.
9.1 Para bienes nacionales e internacionales <u>NO APLICA</u>
9.1.1 Registro Sanitario
9.1.2 Certificado ISO 9001:2008 o ISO 13485
9.2 Para bienes Nacionales
9.2.1 Certificado de Buenas Practicas de Fabricación <u>NO APLICA</u>
9.3 Para bienes internacionales
9.3.1 Certificado FDA o CE o JIS o su equivalente emitido por la

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXO 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	FECHA IMP.:09/08/2016
CLAVE PREI:	000000000011823	HORA IMP.:14:54:20
NOMBRE GENÉRICO		
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (CON CR)		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS


LICITANTE:	<u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u>	MARCA:	<u>SHIMADZU / FUJI</u>
LICITACIÓN:	<u>LA-019GYR040-E16-2016</u>	MODELO:	<u>MOBILE ART EVOLUTION / FCR CASPULA XLII</u>
PARTIDA:	<u>11</u>	CATÁLOGO	<u>HOJA TECNICA 1, CATALOGO 1, 2, 3, COMPUTADORA, TARJETA MANUAL 1, 2, 3, 4</u>
CANTIDAD:	<u>1</u>	FABRICANTE	<u>SHIMADZU CO. / FUJIFILM CO.</u>
HOJA 7 DE 7			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.
9.3.2 Cumpla con la NOM 229-SSA1-2002 (Carta del fabricante)

autoridad sanitaria del país de origen.
9.3.2 Cumpla con la NOM 229-SSA1-2002 (Carta del fabricante) SE ANEXA CARTA

ATENTAMENTE


ALBERTO PAULINO BASURTO
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

ANEXOS
JURISDICCION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SIN TEXTO

ANEXO 1.6
CRITERIOS DE "EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"

LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E16-2016	FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2016.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AV. DIAGONAL DE PATRIOTISMO No. 1 PISO A2, COL. HIPODROMO CONDESA, C.P. 06170, DEL. CUAUHTEMOC.		
R.F.C.	CPL-851230-512		
TELÉFONO Y FAX	(55) 51 34 02 70		
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@casaplarre.com		

No.	Capacidad del Licitante				Experiencia y Especialidad			Cumplimiento de Contratos		Partidas que ampara	
	Declaraciones Fiscales	Capacidad de Asistencia Técnica	Personal de la Dirección de la Ciudad	Participación de MIPYMES	Políticas y Prácticas de Igualdad	Garantía y Mantenimiento Mayor de los Bienes	No. de Contrato y/o Pedido	Año del Contrato y/o Pedido	Descripción del equipo amparado en el Contrato y/o Pedido		Documentos que acreditan el cumplimiento del contrato y/o pedido
1						42 MESES QUE INCLUYE UN MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS BIENES, EL CUAL SE PROPORCIONA ARA PREVIO AL MES 42	10B1189	2010	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	PARTIDA 11 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL CON CR
2							D250168	2012	UNIDAD RADIOLOGICA BASICA	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
3	DECLARACION ANUAL 2015 Y AL MENOS UN CENTRO DE SERVICIO						0320	2013	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C" AVANZADA	CARTA DE LA AFIANZADORA	
4							4520001560-2014	2014	UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE O MÓVIL.	REMISION, FACTURA 90001112 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	
5							D55023BI	2015	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C	REMISION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA	

A T E N T A M E N T E

ALBERTO PAULINO BASURTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

DIVISION DE CONTRATOS

Patriotismo D.F.
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
 Col. Hipódromo Condesa
 C.P. 06170 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 0270
 ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.
 Av. Cuahtémoc No. 220-201
 Col. Doctores,
 C.P. 06720 México, D.F.
 Tel. 01 55 5134 3730
 ventas@casaplarre.com

Monterrey
 Simón Bolívar No. 1554
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8346 1473
 ventas_mty@casaplarre.com

R.F.C.: CPL-851230-512
Guadalajara
 General Antonio León No. 434 Int. 13
 Col. Ladrón de Guevara
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 3630 9781
 ventas_gdl@casaplarre.com
 www.casaplarre.com

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0681

ANEXO 3

“REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y DIRECTORIO DE UNIDADES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SIN TEXTO



ANEXO No. 1.3
 REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO

Partida	PRE	SAI	EQUIPO	Ventilación Instalaciones	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Destintación e Instalación	Otra civil	Nivel de Especialización	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario	Sustento de la necesidad COTEPERIS	Tiempo de Entrega (Días naturales posteriores al fallo)	Observaciones
1	11814	531.341.0499.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL) CON CR	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Si Req.	Avanzada	Si req.	Si req.	0	60	Debe entregarse el Certificado del Blindaje
2	11821	531.341.2523.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA Y ELUOTROSCOPICA CON TELGAMMO Y ARCO EM.C. CON MESA BASCULABLE.	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Si Req.	Avanzada	Si req.	Si req.	0	60	Debe entregarse el Certificado del Blindaje
3	11860	531.385.0835.04.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO GRANDE (CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR)	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Si Req.	Si Req.	Avanzada	Si req.	Si req.	0	60	Debe considerarse el suministro del Panel de Acero inoxidable
4	11871	531.385.1031.02.01	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si req.	Si req.	0	60	
5	11872	531.385.1049.01.01	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE ACIDO PERACETICO	Si Req.	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Si Req.	Avanzada	Si req.	Si req.	0	60	
6	12007	531.606.0275.01.01	MANOMETRO ESOFAGICANO-RECTAL.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si req.	Si req.	0	60	
7	12081	531.700.0106.02.01	PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si req.	Si req.	0	60	
8	12174	531.924.0056.01.01	DOPPLER PARA MEDIR FLUJO.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si req.	Si req.	0	60	
9	16345	531.385.0835.04.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (60 x 50 x 96 cm) (UNA PUERTA)	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No req.	No req.	1342 Mediciones de flujo	60	Debe considerarse el suministro del Panel de Acero inoxidable
10	11791	531.328.0132.01.01	UNIDAD DE ELECTROCARDIOGRAFIA ENDOSCOPICA AVANZADA.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si req.	Si req.	0	60	
11	11823	531.341.2479.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL CON CR	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si req.	Si req.	0	60	

NIVEL DE CAPACITACIÓN	NOMENCLATURA	TIPO DE CAPACITACIÓN:	
		No Req	NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
F = FUNDAMENTAL		Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.	
I = INTERMEDIA		Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.	
A = AVANZADA		Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.	

IMPRESIONES
 CONTRATOS

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E16-2016

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ANEXO 1.4

Administrador de Contrato y Responsable de la recepción de los Bienes.

UNIDAD MÉDICA	Hospital General Zona 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima. Av. Lapsilázuli No. 250, Fraccionamiento Habitacional "El Haya", C.P. 28983.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO	Lic. Luis Enrique Mendoza Flores. Jefe de Servicios Administrativos, Delegación Colima. Tel. 01 312 313 02 64 enrique.mendoza@imss.gob.mx
RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES	Ing. Miguel Mier Sánchez. Coordinador Biomédico Delegacional. Tel. 01 312 314 66 91 miguel.mier@imss.gob.mx

ANEXOS
DIVERSOS