



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO IA-019GYR047-E58-2017 (ELECTRÓNICA), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080 "PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH PARA EMBARAZADAS, PARA EL RÉGIMEN ORDINARIO Y LA UNIDAD DE IMSS PROSPERA PARA EL EJERCICIO 2017".

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN LA CALLE DURANGO NÚMERO 291, PISO 4, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SE REUNIERON PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO IA-019GYR047-E58-2017 (ELECTRÓNICA), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080 "PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH PARA EMBARAZADAS, PARA EL RÉGIMEN ORDINARIO Y LA UNIDAD DE IMSS PROSPERA PARA EL EJERCICIO 2017", LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS QUE SE INDICAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA LIC. ALMA ROSA MEDRANO DIAZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 33 Bis DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERAN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS RESPUESTAS Y PRECISIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE. DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERES EN PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SI O REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO DENTRO DEL PLAZO OTORGADO PARA ELLO, EL CUAL FENECIÓ A LAS 8:30 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

EN ESTE ACTO LA QUE PRESIDE, ES ASISTIDA POR LA LIC. ANA LAURA MONTES DE OCA CHOREÑO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, EN CALIDAD DE ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA, QUIEN SOLVENTARÁ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y EL ÁREA CONTRATANTE SOLVENTARÁ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICAS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS CONSTAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

A CONTINUACIÓN SE DA LECTURA A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES QUE SE DERIVAN DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



ATENCIÓN C E D E N T E S

A LAS 12:00 HORAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN LA CALLE DURANGO NÚMERO 291, PISO 4, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SE DIO INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY Y SE SEÑALÓ QUE SE RECIBIERÓN 84 PREGUNTAS DE 7 LICITANTES, Y SE DIO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES EN TIEMPO Y FORMA, ASIMISMO SE INFORMÓ QUE NO SE CONTABA CON MAS PREGUNTAS POR CONTESTAR DE LOS LICITANTES, Y POR TANTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE OTORGÓ UN PLAZO QUE INICIÓ A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE DICHA ACTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y CONCLUYO A LAS 8:30 HORAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA FORMULAR Y REMITIR POR COMPRANET, LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS A LA CONVOCATORIA, MISMAS QUE SE LES DARÍAN CONTESTACIÓN EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A PARTIR DE LAS 17:00 HRS.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A INFORMAR QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO PARA QUE LOS LICITANTES FORMULARAN Y REMITIERAN POR COMPRANET LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, SE VERIFICÓ EN EL SISTEMA COMPRANET, QUIENES HABÍAN ENVIADO SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBTENIENDO COMO RESULTADO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA 9 PREGUNTAS DE LOS SIGUIENTES LICITANTES, RECIBIENDO LA ÚLTIMA PREGUNTA A LAS 18:00 HRS. DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

No.	LICITANTE	PREGUNTAS
1	PHARMATH DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1
2	DICIPA, S.A. DE C.V.	8
	Total	9

TAL Y COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA PANTALLA DEL SISTEMA COMPRANET, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA.



**Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos**



03:27 PM CST - Central America Time DST

Seguro | https://compranet.funcionpublica.gob.mx/eoqp/mdl/message/receive/ld/message.do?reset=true&_nfp=1506544051189426-3

Expediente: **1483867 - IA-019GYR047 E58-2017 VIH EMBARAZADAS**
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 03/10/2017 01:00:00 PM

Procedimiento : 844960 - IA-019GYR047-E58-2017

Publicación DOF | Duplicar Procedimiento

Vigente

Administración del Procedimiento | Monitorio de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Mensajes Unidad Compravadora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Seleccionar un filtro

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la LIC	Respuesta
1 DICIPA SA DE CV	26/09/2017 08:09 PM	Preguntas DICIPA	27/09/2017 08:34 AM	27/09/2017 08:34 AM	
2 PHARMATH DE MEXICO	26/09/2017 04:50 PM	REPREGUNTAS	27/09/2017 08:23 AM	27/09/2017 08:23 AM	
3 DIAGNOQUIM S A DE C V	25/09/2017 11:28 AM	Junta de Aclaraciones	25/09/2017 12:27 PM	25/09/2017 12:27 PM	
4 IMPULSORA COMERCIAL ASEA SA DE CV	25/09/2017 11:12 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	25/09/2017 12:27 PM	25/09/2017 12:27 PM	
5 PHARMATH DE MEXICO	22/09/2017 09:24 AM	preguntas junta de aclaraciones	22/09/2017 05:14 PM	22/09/2017 05:14 PM	
6 COMERCIALIZADORA DICIinsa SA DE CV	22/09/2017 12:49 AM	INTERES DE PARTICIPACION Y PREGUNTAS PARA JUNTA	22/09/2017 05:11 PM	22/09/2017 05:11 PM	

15/09/2017 19:00/2017 09:50

03:27 p.m. 27/09/2017

ph
R



ACTO SEGUIDO LA CONVOCANTE DIO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD A LAS RESPUESTAS DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, EN SU CARÁCTER DE ÁREA TÉCNICA Y CONSOLIDADORA, EN LO CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO LAS SIGUIENTES RESPUESTAS:

1. PHARMATH DE MEXICO S.A. DE C.V			
NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	ÁREA QUE EMITE RESPUESTA:
1.	1	consecutivo 7, a la pregunta número 2 de Laboratorios Lafon	TÉCNICA
		Hago referencia número consecutivo 7, a la pregunta número 2 de Laboratorios Lafon. Debemos entender que la carta apoyo debe ser firmada por el fabricante o por el titular del registro sanitario inicial no de su modificación. Es correcta mi apreciación?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CARTA DE APOYO DEBERÁ SER SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O FABRICANTE INDICADO EN EL REGISTRO SANITARIO EXHIBIDO PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO REGISTRO SANITARIO.

2. DICIPA, S.A. DE C.V.			
NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	ÁREA QUE EMITE RESPUESTA:
2	1	Acta de Junta de Aclaraciones PRECISIONES A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-019GYR047-E68-2017 DEBE DECIR O PRECISION	TÉCNICA
		En la precisión se establece una fecha de entrega de la fecha de emisión del fallo y hasta el 21 de noviembre de 2016. A nuestro entender hubo un error en el año, y debe decir 21 de noviembre de 2017 ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBE DECIR UNA FECHA DE ENTREGA DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
3	2	Acta de Junta de Aclaraciones Plazo para Reformulación de Preguntas	TÉCNICA
		La convocante da un plazo hasta el 27 de septiembre de 2017 para la reformulación de preguntas. ¿Se solicita amablemente a la convocante nos indique cual fecha de entrega de muestras?	LA ENTREGA DE MUESTRAS SE REALIZARÁ EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
4	3	Acta de Junta de Aclaraciones Plazo para Reformulación	TÉCNICA
		Entendemos que las muestras deben ser entregadas como requisitos para participar en la presente invitación. Entendemos que entonces la fecha de Presentación y Apertura de	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA FECHAS QUEDAN COMO SIGUE: PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

[Handwritten signatures and initials]



2.- DICIPA, S.A. DE C.V.

NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE RESPUESTA:
5	4	Acta de Junta de Aclaraciones Junta de Aclaraciones 5. COMERCIALIZADORA DICLinsa S.A. DE C.V. No. Consecutivo: 30 No. Pregunta: 4	De acuerdo a las bases de la convocatoria y al Anexo 4. Anexo Técnico, y siendo el bien ofertado una prueba rápida entendemos que la sangre total deberá aplicarse directamente al dispositivo sin necesidad de realizar diluciones u otros pasos previos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	LA RECOLECCIÓN DE SANGRE ES A TRAVÉS DE UNA PIPETA Y DE AHÍ SE DEPOSITA EN LA VENTANA DE MUESTRA DEL CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE LA PRUEBA LA CANTIDAD DE SANGRE QUE ESPECÍFICAMENTE DICHA PRUEBA CONFORME AL INSTRUCTIVO DE USO, POSTERIORMENTE SE APLICA EL REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL PARA EL CORRIMIENTO DE LA MUESTRA, SIN REALIZAR DILUCIONES.	TÉCNICA
6	5	Junta de Aclaraciones 5. COMERCIALIZADORA DICLinsa S.A. DE C.V. No. Consecutivo: 31 No. Pregunta: 5	¿Es correcto entender que los bienes a adquirir corresponden a un principio de inmunocromatografía?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	TÉCNICA
7	6	Junta de Aclaraciones 5. COMERCIALIZADORA DICLinsa S.A. DE C.V. No. Consecutivo: 52 No. Pregunta: 26	Dado que la temperatura ambiente puede variar en el transcurso del año entre +2 a +30 °C, que es en el que se puede realizar la prueba. ¿Es correcto entender que estos rangos deberán venir especificados en el registro sanitario?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA TEMPERATURA DE ALMACENAJE QUE ESTÉ INDICADA EN EL REGISTRO SANITARIO PODRÁ VARIAR O ESTAR ENTRE ESE RANGO, ES DECIR, ESTAR ENTRE LOS RANGOS DE TEMPERATURA QUE NO REQUIEREN REFRIGERACIÓN.	TÉCNICA
8	7	Junta de Aclaraciones 7. DICIPA S.A. DE C.V. No. Consecutivo: 83	¿Es correcto entender que para los casos en que se ofrecen los bienes en modalidad de estuche, equipo o kit individual, como para los casos en que se ofrece el diluyente con un registro por	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL SOBRE PRIMARIO DEBERÁ DE TENER LOTE, CADUCIDAD, Y REGISTRO SANITARIO PARA	TÉCNICA

ps

R



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



2. DICIPA, S.A. DE C.V.

NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE RESPUESTA:
9	8	Junta de Aclaraciones Página 27 Pregunta 9 Consecutivo 79	separado es necesario que la prueba y el diluyente contengan los datos de lote y caducidad para asegurar la rastreadibilidad? Solicitamos respetuosamente que todo los requerimientos técnicos deben de estar referenciados en registro sanitario, catalogos y manuales del fabricante y deben coincidir con la información entre ellos?	ASEGURAR LA RASTREABILIDAD DE LAS PRUEBAS. ATENDIENDO A QUE LA REPREGUNTA FORMULADA, NO VERSA SOBRE LAS RESPUESTAS OTORGADAS, NO SE DA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA, TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERAN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS RESPUESTAS OTORGADAS, CONFORME SE ESTABLECE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 46 DEL RLAAASP.	TÉCNICA

LA LIC. ALMA ROSA MEDRANO DÍAZ, QUIEN PRESIDE EL ACTO INFORMA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET, EL 3 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 13:00 HORAS, Y EL ACTO DE FALLO EL 9 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 17:00 HORAS, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY, ASÍ COMO 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE EL DÍA DE LA FECHA SE CONCLUYÓ CON EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN Y DE CONTINUAR CON EL CALENDARIO ORIGINAL SE VIOLENTARIAN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDO EN LA LEY.

SE INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAMENTE DE LA CONVOCATORIA LA CUAL CONSTA DE 37 FOJAS QUE SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

30 FOJAS DEL EVENTO DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, REALIZADO A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA CUAL SE DIÓ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES Y SE REALIZARON PRECISIONES; SE INFORMÓ QUE SE DARÍAN A CONOCER LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS PRECISIONES Y LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN DICHO EVENTO, EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS 17:00 HORAS.

7 FOJAS QUE INTEGRAN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



POR TRATARSE DE UNA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** ELECTRÓNICA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, ESTA ACTA SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, AL CONCLUIR ESTE ACTO Y SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, ASIMISMO SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES COPIA DE ESTA ACTA EN LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS UBICADA EN EL 4º PISO DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO, Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN UBICADO EL MISMO DOMICILIO POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LOS EFECTOS LEGALES, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO.

LA PRESENTE ACTA SE CIERRA A LAS 17:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. ALMA ROSA MEDRADO DÍAZ	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.	
LIC. ANA LAURA MONTES DE OCA CHOREÑO	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO	
LIC. EDUARDO OVIEDO LÓPEZ	REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	

----- FIN DEL ACTA -----