



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-E26-2017 ELECTRÓNICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE: PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH PARA EMBARAZADAS, PARA EL RÉGIMEN ORDINARIO Y LA UNIDAD DE IMSS PROSPERA PARA EL EJERCICIO 2017.**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017, EN LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS UBICADA EN CALLE DURANGO NÚMERO 291, PISO 4, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-E26-2017 ELECTRÓNICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE: "PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH PARA EMBARAZADAS, PARA EL RÉGIMEN ORDINARIO Y LA UNIDAD DE IMSS PROSPERA PARA EL EJERCICIO 2017", DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE; LA LEY), ASÍ COMO EL NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

**EL ACTO ES PRESIDIDO POR EL ING. FERMÍN BENÍTEZ GIRÓN, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERAN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO EN TIEMPO.**

EN ESTE ACTO EL QUE PRESIDE, ES ASISTIDO POR LA LIC. ANA LAURA MONTES DE OCA CHOREÑO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS EN SU CARÁCTER DE ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA, POR LOS DOCTORES ELINA ALVARADO DE LUZURIAGA Y JUAN ZÚÑIGA ÁVILA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA, CUYA FIRMA CONSTA AL FINAL DE ÉSTA ACTA.

ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE NO SE CUENTA CON PERSONAS QUE ASISTEN EN CALIDAD DE OBSERVADORES.

A CONTINUACIÓN SE DA LECTURA A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES QUE SE DERIVAN DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES:

**ANTECEDENTES**

A LAS 10:00 HORAS DEL 8 DE JUNIO DEL 2017, EN LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS UBICADA EN CALLE DURANGO NÚMERO 291, PISO 4, COLONIA ROMA NORTE, CODIGO POSTAL 06700, DELEGACION CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SE DIO INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-E26-2017 ELECTRÓNICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE: "PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH PARA EMBARAZADAS, PARA EL RÉGIMEN ORDINARIO Y LA UNIDAD DE IMSS PROSPERA PARA EL EJERCICIO 2017", DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY, ASÍ COMO EL NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. SE INFORMÓ A LOS LICITANTES, QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, SE RECIBIERON 109 PREGUNTAS DE 15 LICITANTES Y QUE LA JUNTA SE SUSPENDIÓ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, EN ADELANTE EL REGLAMENTO TODA VEZ QUE NO SE CONTABA CON LA TOTALIDAD DE LAS RESPUESTAS, POR TAL RAZÓN LAS RESPUESTAS SERÍAN ATENDIDAS A PARTIR DE LAS 13:00 HRS DEL DÍA 9 DE JUNIO DEL AÑO 2017.



SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 9 DE JUNIO DEL 2017, SE REANUDÓ EN EL MISMO SITIO EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL CUAL LA CONVOCANTE INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE LA JUNTA SE SUSPENDIÓ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO, TODA VEZ QUE NO SE CONTABA CON LA TOTALIDAD DE LAS REPUESTAS, POR TAL RAZON LAS REPUESTAS SERIAN ATENDIDAS A PARTIR DE LAS 13:00 HRS DEL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2017.

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 12 DE JUNIO DEL 2017, SE REANUDÓ EN EL MISMO SITIO EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL CUAL LA CONVOCANTE REALIZÓ ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, Y DIO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS POR LOS LICITANTES EN TIEMPO Y FORMA E INFORMÓ A LOS MISMOS QUE CONTABAN CON PLAZO QUE INICIABA A LAS 15:00 DEL 12 DE JUNIO DE 2017 Y CONCLUJA A LAS 10:00 DEL 13 DE JUNIO DE 2017, PARA FORMULAR Y REMITIR POR COMPRANET, LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACION CON LAS ACLARACIONES Y RESPUESTAS EMITIDAS Y SE INFORMÓ QUE LAS RESPUESTAS SERIAN DADAS A CONOCER A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DEL 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

A LAS 17:00 HORAS 14 DE JUNIO DEL 2017, SE REANUDÓ EN EL MISMO SITIO EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA CONVOCANTE INFORMA A LOS LICITANTES, QUE UNA VEZ QUE CONCLUYÓ EL TIEMPO PREVISTO POR LA CONTRATANTE PARA RECIBIR PREGUNTAS SE VERIFICÓ EN EL SISTEMA COMPRANET Y SE CONSTATÓ QUE SE RECIBIERON 8 PREGUNTAS DE 4 LICITANTES Y SE PROCEDE A INFORMAR A LOS LICITANTES QUE EN VIRTUD DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES ELECTRÓNICO, SE DIFUNDIRÁ LA PRESENTE ACTA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS compranet, CON EL PROPOSITO DE QUE LOS LICITANTES TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR EL AREA TÉCNICA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, COMO CONSTA EN LA PANTALLA QUE SE OBTIENE DEL SISTEMA COMPRANET Y QUE SE INCERTE A LA PRESENTE.

ComprasNet

Procedimiento : 811205 - LA-0196GYR047-E26-2017 Pruebas Rápidas VIH para Embarazadas

Expediente : 1557712 - LA-0196GYR047-E26-2017 Pruebas Rápidas VIH para Embarazadas

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 27/06/2017 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento	Monitorio de la Licitación	Estado de Evaluación	Fecha	Asunto	Fecha de MI	Fecha de Consulta	Respuesta
1	DE NETRUM PROMOTORA INTERNACIONAL SA DE CV	13/06/2017 09:06 AM	13/06/2017 10:46 AM	Envío de Preguntas a JDA	13/06/2017 10:46 AM	13/06/2017 10:46 AM	
2	LI DIAGNOSTICOS SA DE CV	13/06/2017 09:06 AM	13/06/2017 10:44 AM	Envío de Preguntas y Diagnósticos SA DE CV	13/06/2017 10:44 AM	13/06/2017 10:44 AM	
3	DISTRIBUIDORA MÉRICA ORION SA DE CV	13/06/2017 10:01 PM	13/06/2017 10:42 AM	Solicitudes de aclaraciones a las aclaraciones	13/06/2017 10:42 AM	13/06/2017 10:42 AM	
4	COMERCIALIZADORA ENGENSA SA DE CV	13/06/2017 09:40 PM	13/06/2017 10:41 AM	respuestas firmadas digitalmente	13/06/2017 10:41 AM	13/06/2017 10:41 AM	
5	COMERCIALIZADORA ENGENSA SA DE CV	13/06/2017 09:30 PM	13/06/2017 10:30 AM	REPREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES	13/06/2017 10:30 AM	13/06/2017 10:30 AM	
6	DE NETRUM PROMOTORA INTERNACIONAL SA DE CV	13/06/2017 10:13 AM	07/06/2017 10:52 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	07/06/2017 10:52 AM	07/06/2017 10:52 AM	

SE PUEDE VERIFICAR EN: [Publicación DCF](#) [Detalle Proc. Adm.](#) [Detalle Vigente](#)

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]*



LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPÉUTICOS DIO RESPUESTA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 095384611800/2017002252 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: -----

1. COMERCIALIZADORA DICLinsa, S.A. DE C.V.					
NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE RESPUESTA:
1	1	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21ANEXO TÉCNICO	<p><b>PREGUNTA 62</b> ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21ANEXO TÉCNICO. DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO QUE OFERTAREMOS ES DE 25 PIEZAS POR CAJA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR 1 CAJA SELLADA CON 25 PRUEBAS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS 10 MUESTRAS SOLICITADAS PARA EL REGIMEN ORDINARIO.</p> <p>SE ACEPTA SU PROPUUESTA</p> <p><b>REPREGUNTA 1:</b> ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS EN IMSS ORDINARIO, DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL POR PRUEBA, ES CORRECTO?</p> <p><b>PREGUNTA 64</b> ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21ANEXO TÉCNICO. DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO QUE OFERTAREMOS ES DE 25 PIEZAS POR CAJA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR 1 CAJA SELLADA CON 25 PRUEBAS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS 5 MUESTRAS SOLICITADAS PARA EL IMSS PROSPERA.</p> <p>SE ACEPTA SU PROPUUESTA</p> <p><b>REPREGUNTA 2:</b> ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS EN IMSS ORDINARIO, DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL POR PRUEBA, ES CORRECTO?</p> <p><b>PREGUNTA 76</b> EN EL ANEXO 1 DEL ANEXO TECNICO PUNTO 2 SOLICITAN ENTREGA LA ENTREGA 90 DE MUESTRAS PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS SE REQUIERE LA ENTREGA DE</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION</p> <p>ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA AMBOS REGIMENES SE ENTREGARAN LAS MUESTRAS CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES.</p>	TÉCNICA
2	2	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21ANEXO TÉCNICO			TÉCNICA
3	3	ANEXO 1 DEL ANEXO TECNICO PUNTO 2			TÉCNICA

*[Handwritten signatures and initials]*



1. COMERCIALIZADORA DICLINSÁ, S.A. DE C.V.					
NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE RESPUESTA:	
			<p><b>PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN</b></p> <p>LAS 90 MUESTRAS DE LOS CARTUCHOS O DISPOSITIVO O CASSETE Y AMORTIGUADOR O DILUYENTE NECESARIO PARA ESAS MUESTRAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ADEMÁS DEBERÁ DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 1</p> <p><b>REPREGUNTA 3:</b> ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENTREGA DE LAS 90 MUESTRAS DE LOS CARTUCHOS O DISPOSITIVOS O CASSETE DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE LANCETA, REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR DE FORMA INDIVIDUAL PARA CORRIMIENTO DE LA MUESTRA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 1, ES CORRECTO?</p>	<p><b>RESPUESTA</b></p> <p>TÉRMINOS Y CONDICIONES.</p>	

2. DISTRIBUIDORA MÉDICA ORION, S.A. DE C.V.					
NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE RESPUESTA:	
4	1		<p><b>PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN</b></p> <p>TÉRMINOS Y CONDICIONES PRUEBAS DE VIH PARA EMBARAZADAS, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES. SOLICITAN *REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL PARA EL CORRIMIENTO DE LA MUESTRA* SE NOS PERMITE ENTREGAR BUFFER CON EL EQUIVALENTE DE PRUEBAS PARA EL PAQUETE DE REACTIVO PARA VIH OFERTADO, ES DECIR: SI ES DE 100 O 50 PRUEBAS EL BUFFER SERÁ DE 100 O 50 PRUEBAS EQUIVALENTE AL NÚMERO DE PRUEBAS ENTREGADAS. ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES.</p>	<p><b>RESPUESTA</b></p> <p>SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO, DEBERÁ PRESENTAR REACTIVO, DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL. CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO SE DESPRENDE EXISTE PROVEEDURÍA QUE PUEDE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO, POR LO QUE SE REITERA QUE LAS ESPECIFICACIONES A CUMPLIR SON LAS QUE SE INDICAN EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y EN EL REQUERIMIENTO. LAS PROPUESTAS DE REACTIVO, DILUYENTE O AMORTIGUADOR, DEBERÁN SER INDIVIDUALES</p>	TÉCNICA
5	2		<p><b>PREGUNTA 3 DE LA EMPRESA LICON, PREGUNTA 12</b></p> <p>TÉRMINOS Y CONDICIONES PRUEBAS DE VIH PARA EMBARAZADAS, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES.</p>	<p>SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO, DEBERÁ PRESENTAR REACTIVO, DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL. CONFORME A LA</p>	TÉCNICA

21



2. DISTRIBUIDORA MÉDICA ORION, S.A. DE C.V.					
NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	AREA QUE EMITE RESPUESTA:
			<p>COMERCIALIZADORA DILINSA, PREGUNTA 18 NAVILIS MEDICAL, PREGUNTA 32 PHARMAD DE MEXICO SOLICITAN *REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL PARA EL CORRIMIENTO DE LA MUESTRA*</p> <p>SE NOS PERMITE ENTREGAR BUFFER CON EL EQUIVALENTE DE PRUEBAS PARA EL PAQUETE DE REACTIVO OFERTADO, ES DECIR, SI ES DE 100 O 50 PRUEBAS PARA VIH, EL BUFFER SERA DE 100 O 50 PRUEBAS EQUIVALENTE AL NUMERO DE PRUEBAS ENTREGADAS.</p> <p>ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS OFERENTES.</p>	<p>INVESTIGACIÓN DE MERCADO SE DESPRENDE EXISTE PROVEEDURIA QUE PUEDE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO, POR LO QUE SE REITERA QUE LAS ESPECIFICACIONES A CUMPLIR SON LAS QUE SE INDICAN EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y EN EL REQUERIMIENTO. LAS PROPUESAS DE REACTIVO, DILUYENTE O AMORTIGUADOR, DEBERÁN SER INDIVIDUALES</p>	

3. IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.					
NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	AREA QUE EMITE RESPUESTA:
6	1		<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA NO. 1 DEL CONSECUTIVO NO. 18 DEL LICITANTE "NAVILIZ MEDICAL SA DE CV" DICE: "NO ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA PRESENTAR REACTIVO, DILUYENTE, O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL...."</p> <p>RE-PREGUNTA: SE SOLICITE A LA CONVOCANTE QUE PARA EVITAR INCREMENTAR LOS COSTOS EXCESIVOS DE LA PRUEBA NOS PERMITA OFERTAR LA CANTIDAD DE 1 (UNO) BUFFER CON CAPACIDAD DE HASTA 100 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO, DEBERÁ PRESENTAR REACTIVO, DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL. CONFORME A LA INVESTIGACION DE MERCADO SE DESPRENDE EXISTE PROVEEDURIA QUE PUEDE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO, POR LO QUE SE REITERA QUE LAS ESPECIFICACIONES A CUMPLIR SON LAS QUE SE INDICAN EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y EN EL REQUERIMIENTO. LAS PROPUESAS DE REACTIVO, DILUYENTE O AMORTIGUADOR, DEBERÁN SER INDIVIDUALES</p>	TÉCNICA
7	2		<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A COMERCIALIZADORA DECLINSA PREGUNTA No. 14 DONDE DICE: "DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SANITARIA EN MÉXICO Y AL TRATARSE DE UNA LICITACION PUBLICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS, EN PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL SE PRESENTARA EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE DEBE CUMPLIR CON LA NOM-241-SSA1-2012.</p>	TÉCNICA

21 *[Signature]*

*[Signatures]*



3. EL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACION	RESPUESTA	AREA QUE EMITE RESPUESTA:
			MANUFACTURA VIGENTE Y EN PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL PRESENTAR EL CERTIFICADO GMP, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LA NOM-241-SSA1-2012. ¿ES CORRECTOR? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION		
			RE-PREGUNTA: EN BASE A LA RESPUESTA DADA, ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL Y PARA CUMPLIR CON EL CERTIFICADO GMP, PODEMOS PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?		

4. CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

NUMERO CONSECUTIVO	NO. PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACION	RESPUESTA	AREA QUE EMITE RESPUESTA:
8	1		1.- Respuesta a la pregunta No. 3 del Licitante Laboratorios Lincoln S.A. pregunta No. 18 del licitante Naviliz Médica, S.A. DE C.V. pregunta 40 licitante Instrumentos y Equipos Falcon, S.A. de C.V., pregunta 45 del licitante Científica y Salud, S.A. de C.V. pregunta 79 del licitante MCD Servicios Integrales de Diagnósticos S.A. de C.V. Términos y Condiciones para la compra de claves de grupo 080 " Pruebas Rápidas de VIH para embarazadas". Solicitamos amablemente a la convocante que con el fin de permitir una libre participación como lo menciona la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en el artículo 29 en la fracción V "los requisitos que deberán cumplir los interesados no deberán de limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica", reconside la respuesta otorgada a los convocantes, y permita ofertar kit con pruebas que tengan un amortiguador por caja y que este amortiguador sea suficiente para poder llevar a cabo las pruebas contenidas dentro de cada uno de los kits. ¿Se acepta?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO, DEBERÁ PRESENTAR REACTIVO, DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL; CONFORME A LA INVESTIGACION DE MERCADO SE DESPRENDE EXISTE PROVEEDURIA QUE PUEDE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO, POR LO QUE SE REITERA QUE LAS ESPECIFICACIONES A CUMPLIR SON LAS QUE SE INDICAN EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES Y EN EL REQUERIMIENTO. LAS PROPOSTAS DE REACTIVO, DILUYENTE O AMORTIGUADOR, DEBERÁN SER INDIVIDUALES	TÉCNICA

POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, ESTA ACTA SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, AL CONCLUIR ESTE ACTO Y SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. ASIMISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES COPIA DE ESTA ACTA EN LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS UBICADA EN EL 4º PISO DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE DURANGO No. 291, COLONIA ROMA NORTE.

*[Handwritten signatures and initials]*



DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06700, CIUDAD DE MÉXICO Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN UBICADO EN EL MISMO DOMICILIO POR UN TÉRMINO NO MENOR A CINCO DÍAS HABLES.

EL ING. FERMIN BENÍTEZ GIRÓN, QUIEN PRESIDE EL ACTO, REITERA QUE EL ACTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** SE LLEVARÁ A CABO EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET), **EL 27 DE JUNIO DEL 2017**, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3 DE LA CONVOCATORIA Y EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY, ASÍ COMO 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

SE INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, **ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRAMENTE DE LA CONVOCATORIA LA CUAL CONSTA DE: 56 FOJAS QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:**

5 FOJAS DEL EVENTO DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADO A LAS 10:00 HORAS DEL 8 DE JUNIO DEL 2017, EN LA CUAL SE INFORMÓ QUE SE SUSPENDIÓ PARA LAS 13:00 HORAS DEL 9 DE JUNIO DEL 2017.

2 FOJAS DEL EVENTO DE REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADO A LAS 13:00 HORAS DEL 9 DE JUNIO DEL 2017, EN LA CUAL SE INFORMÓ QUE SE SUSPENDIÓ PARA LAS 13:00 HORAS DEL 12 DE JUNIO DEL 2017.

41 FOJAS DE LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADA A LAS 13:00 HORAS DEL 12 DE JUNIO DEL 2017, EN LA CUAL SE DIO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES Y SE REALIZARON ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE, Y SE INFORMÓ QUE SE DARÁN A CONOCER LAS RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ACLARACIONES Y RESPUESTAS EMITIDAS, EL 14 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 17:00 HORAS.

8 FOJAS QUE CONCLUYEN LA PRESENTE ACTA DE ACLARACIONES

NO EXISTIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017.

FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO.

**SERVIDORES PÚBLICOS**

NOMBRE	AREA	FIRMA
ING. FERMIN BENÍTEZ GIRÓN	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	
LIC. ALMA ROSA MEDRANO DÍAZ	TITULAR DE LA SUBJEFATURA DE MATERIALES DE CURACIÓN	



NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. ANA LAURA MONTES DE OCA CHOREÑO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	
DRA. ELINA ALVARADO DE LUZURIAGA	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL	
DR. JUAN ZÚÑIGA ÁVILA	REPRESENTANTE DE SALUD REPRODUCTIVA UNIDAD IMSS PROSPERA	
LIC. EDUARDO OVIEDO LÓPEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
LIC. MAYRA SELENE GARCÍA AGULLAR	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	

----- FIN DEL ACTA -----

LI 88.