

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
1	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	12,750,000	11,000,000	ABDITEX SA DE CV	1243C2020 55A	ABDI50506819	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO ABDITEX	México	ABDITEX S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO OFERTA CUANDO MENOS EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 27 DE LA CONVOCATORIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	1	060	621		MASCARILLA N 95 CON 99% DE PROTECCIÓN EN LA FILTRACIÓN DE PARTICULAS	20 POR CAJA	6,000,000	N95	8,000,000	6,000,000	ANITSAME COMERCIALIZADORA SUSTENTABLE SA DE CV	MM-041-00871	ACS191257J1	CERTIFICADO DE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL IMSS	CHINA	ANITSAME COMERCIALIZADORA SUSTENTABLE SA DE CV	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO OFERTA CUANDO MENOS EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 27 DE LA CONVOCATORIA (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	CUMPLE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INTEGRABA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
3	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	380,000	380,000	PRYM INOVAN MEXICO SA DE C.V.	CERTIFICADO NYCE NYC 2002C0200208	PFM710504GT5	3Y-N900	CHINA	ANSATI S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO OFERTA CUANDO MENOS EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 27 DE LA CONVOCATORIA (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	CUMPLE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INTEGRABA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
4	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14 '018,755	11,215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2020 55A	ACM170602BQ6	MASKLIFE	México	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE (OFERTA MENOS DEL 100% Y MÁS DEL 50%)	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	4,000,000	4,000,000	SONATA CALCETIN S.A. DE C.V.	0786C2020 55A CERTIFICADO NYCE NYC-2002C020026702 0	SCA050311F12	CUBREBOCAS CAREMASK N95	México	AVANCE Y DISTRIBUCION PHARMACEUTIC A, S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO OFERTA CUANDO MENOS EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 27 DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	OFICIO 163300C0210579 COMPROBANTE DE TRAMITE 203300C0210410	AMA0604208FA	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	México	BIOMICS LAB MEXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CO NSE CUT IVO	DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
7	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	0638C2020 55A	BILM200122KD7	BIOMICS LAB	México	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	2	060	621	0664	Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras. Resistente a fluidos, antiestático, hipoaérgico; ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire, con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza, desechable.	PZA	2	PZA	7,500,000	5,959,163	Fábrica de Calzado Garcís S.A. de C.V.	N/A	FCG140808A74	MEDIMASK MM-004-E	México	BRANDS UNLIMITED S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	CAJA C/50 PZS	28,037,509	11,215,004	INTERNACIONAL NEUTRACEUTICS COMPANY, S.A. DE C.V.	0757C202055A	INE19018CV6	CUBREBOCAS DE TRES CAPAS INTERCEUTICS	México	CALEISA S.A DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	CAJA C/20 PAQ UETE S O PIEZ AS	5,959,163	14,897,906	SONATA CALCETIN S.A. DE C.V.	0786C2020 55A	SCA05031F2	CUBREBOCAS CAREMASK N95	México	CALEISA S.A DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	IP INTERNACIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	0724C2020 55A	IIT070821D87	CUBREBOCAS GLOBALCARE	México	CARDIOPACE, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, EL LICITANTE EN LA CARTA CUMPLIMIENTO DE NORMAS EXHIBIDA EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO ESPECIFICA LAS NORMAS QUE CUMPLE EL BIEN OFERTADO
12	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULGENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML. A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	351,200	876,000	QUÍMICA BINDEN S.A. DE C.V.	EN TRAMITE NO. DE FOLIO: 203300401A0253	QB092004ER6	QBINDEN	México	CESAR ALFONSO FUENTES AGUIRRE	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C2016	IOS061277C2	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO INDEPSA	México	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTÍFICAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C202055A	DEG9807015H8	CUBREBOCAS DESECHABLE. PROTEC	México	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ANALOC S.A. DE C.V. Y MARMOLÉS ARCA S.A.P.I DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
15	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALEGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C201ISSA	DEG980701SHB	GEL ANTIBACTERIAL, MARCA PROTEC	México	COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANALOG S.A. DE C.V. Y MARMOLÉS ARCA S.A.P.I DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALEGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C201ISSA	DEG980701SHB	GEL ANTIBACTERIAL, MARCA PROTEC	México	COMERCIALIZADORA GENESTAY SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INCLUYE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA DE RESPALDO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDO A SU NOMBRE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
17	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C202SSA	DEG980701SHB	CUBREBOCAS DESECHABLE, PROTEC	México	COMERCIALIZADORA GENESTAY SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INCLUYE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA DE RESPALDO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDO A SU NOMBRE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
18	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	NATURAL AESTHETICS SA DE CV	0803C2020SSA	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL, CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 70%	FCO	120	ML	238,018	95,208	ABSARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	203300401010516 (NÚMERO SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL)	AC0107274K1	VLANC+PIUR	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALEGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ABSARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	203300401010516 (NÚMERO SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL)	AC0107274K1	VLANC+PIUR	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPEYSA, S.A. DE C.V.	2287C2017SSA	GRU1508061F0	CUBREBOCA PLISADO GRUPEYSA	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Sapphire Denim, S.A. de C.V. Folierserv, S.A. de C.V.	0852C2020 SSA 0734C2020 SSA	SDE-150420-3M2 FOL-831025-LL2	Cubrebocas Sapphire 3P Disposable Mask	México	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS						
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
23	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	2	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DEC.V.	0895C2020 SSA	ADE100928 V55	Arte en Denim	México	COMERCIALIZADORA TEXTOR S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,959,163	Comercializadora Tivon SA de CV	NL-DM-081303	CT100506FE5		México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO REQUISITO LA TOTALIDAD DE LOS CAMPOS CONFORME LO SEÑALADO EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA	NO APLICA	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
25	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILES Y TERMOSELLADOS SA DE CV	086C2020SSA	TTE200505CV6	CUBREBOCA SQUIRURGICO THOR	México	Comercializadora Tivon SA de CV	CUMPLE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INCLUYE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA DE RESPALDO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
26	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA, 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE	PAR	1	PAR	20,287,192	8,114,877					México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO REQUISITO LA TOTALIDAD DE LOS CAMPOS CONFORME LO SEÑALADO EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INCLUYE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA DE RESPALDO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
27	7	060	066	1268	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO 70%, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	16,613	6,646		FFC0FEPRIS-02	GAA080502U L2		México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO REQUISITO LA TOTALIDAD DE LOS CAMPOS CONFORME LO SEÑALADO EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INCLUYE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA DE RESPALDO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
28	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	CONFECCIONES CARFRAN S.A. DE C.V.	119C2020 SSA NO DE SOLICITUD 2033014010388	CCA1301234J0	CARFRAN	México	CONFECCIONES CARFRAN S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C2016SSA	ID50611277C2	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO INDEPSA	México	CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	20,000,000	11,215,004	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL	0536C2020 SSA	CPT0006075M2	CUBREBOCAS COPROTEX	México	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA, 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE	PAR	1	PAR	12,000,000	8,114,877	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL	0957C2020 SSA	CPT0006075M2	ROPA QUIRURGICA COPORTEX	México	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCION	PRESENTACION			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	
32	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PIEZ A	1	PIEZ A	28,037,509	14 '100,000	SAPPHIRE DENIM, S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDE1504203M2	CUBREBOCAS SAPPHIRE	México	DERENTA S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
33	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	NATURAL AESTHETICS SA DE CV	0803C2020 SSA	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
34	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28 '037,509	11 '215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2020	ACM170602BQ6	MASKLIFE	México	DISTRIBUIDORA DE FARMACEUTICOS COMELUJUMA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
35	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	TEXTILES Y TERMOSSELLADOS, S.A. DE C.V.	0673C2020 SSA	TTE200505CV6	CUBREBOCAS THOR	México	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPORAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
36	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	10,000	BAOJI TAIDAKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	N/A	N/A	KN95 RESPIRADOR DESECHABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO	REPÚBLICA POPULAR CHINA	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO OFERTA CUANDO MENOS EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
37	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	3,000,000	1,000,000	EE PRINT PACK, S. DE R. L. DE C.V.	0390C2020	CPM070112HPO	CUBRE BOCA QUIRURGICO DESECHABLE PROT GM	México	EE PRINT PACK, S. DE R. L. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
38	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	COTEPLAST S.A. DE C.V	0419C2020SSA	COT160511EX2	COT-GEL	México	EMPAQUES U-PACK S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
39	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	BEST TRADING, S.A. DE C.V.	0581C2020SSA	BTRO40330CPA	MASCARILLA PROTECTOR KN95 BEST TRADING	CHINA	EQUIVER S.A. DE CV	CUMPLE (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
40	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	0872C202055A	ECO061022F78	CUBREOCAS ECODELI	México	EQUIVER S.A. DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	EN TRAMITE NO DE ENTRADA	ECO061022F78	LIMPIEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL AL 70%	México	EQUIVER S.A. DE C.V	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	100	PZA	8,000,000	5,959,163	ESPUMADOS ABSA S.A. DE CV	203300506A0376	EAB940223F81	Cubre bocas	México	ESPUMADOS ABSA S.A. DE CV	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO OFERTA CUANDO MENOS EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 27 DE LA CONVOCATORIA	NO CUMPLE, EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INCLUYE LA CARTA DE RESPALDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	Esteroscopia Digital S.A de C.V	NL-DM-079634	EDI150303P71	Respirador de Media Cara KN95 de 4 Capas de Filtrado	México	Esteroscopia Digital S.A de C.V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Esteroscopia Digital S.A de C.V	1502C2020 SSA	EDI150303P71	Cubre bocas Tres Capas Esteroscopia Digital	México	Esteroscopia Digital S.A de C.V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	1	3E+07	060	621	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CIGNA FARMEX S. DE R.L. DE C.V.	0674C2020 SSA	CFAI801022IA	WEGUARD	México	ETHOMEDICAL S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA CLAVE REFERENCIADA A 10 DIGITOS CONFORME EL INSTRUCTIVO DE LLENADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	2	210018	060	621	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	SAPPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDR1504203M2	Cubre bocas Sapphire	México	ETHOMEDICAL S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA CLAVE REFERENCIADA A 10 DIGITOS CONFORME EL INSTRUCTIVO DE LLENADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE.	PAR	1	PAR	10,143,596	8,114,877	B & MED S.A. DE C.V.	1780C2018 SSA	B8M071015BV5	BOTA QUIRURGICA DESECHABLE B & MED	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020 SSA	C0X080827P12	SANITEX PRO	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS						
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA									LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	
49	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. . DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020 SSA	CX080827P12	SANITEK PRO N95	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. CUBREBOCAS DE USO GENERAL, CON TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, FABRICADO CON TELA DE POLIPROPILENO NO TEJIDA SMS, DE SUPERFICIE SUAVE, TERMOSELLADO, PUSADO, CON BANDAS ELÁSTICAS DE SUJECIÓN A LA OREJA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. DIMENSIONES DE 17.0 X 9.0 CM. DESECHABLE. NO ESTÉRIL.	PZA	50	CAJA	28,037,509	11,215,004	FOUSERVIS, S.A. DE C.V.	0734C2020 SSA	FOL-831025-LL2	3P DISPOSABLE MASK	México	FOUSERVIS, SA. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. . DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GALIA TEXTIL S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	GTE-840618-177	GALIA	México	GALIA TEXTIL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	2,037,509	11,215,004	SUBLITREX, S.A. DE C.V.	0727C2020 SSA	SUB120824TT0	CUBREBOCAS SUBLITREX	México	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	0393C2020 SSA	GVE160725-411	CUBRE BOCAS QUIRÚRGICO GERD YERIK	México	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/V, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	775,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C201ISSA	DEC980701SHB	GEL ANTIBACTERIAL MARCA PROTEC	México	GREEN RAY MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO A SU NOMBRE, ÚNICAMENTE PRESENTA A NOMBRT E DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE	CUMPLE
55	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C2020SSA	DEC980701SHB	CUBREBOCAS DESECHABLE PROTEC	México	GREEN RAY MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO A SU NOMBRE, ÚNICAMENTE PRESENTA A NOMBRT E DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE	CUMPLE
56	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020SSA	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	SANITEKPRO	México	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS						
CO NSE CUT IVO	CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA							MÍNIMA	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
57	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	NYC2002C0200208	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	SANITEKPRO MODELO SANITEKPRO N95	México	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE100928V55	ADN+HEALTH	México	GRUPO COMERCIAL OCMAP S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0688C202055A	BLM2001022KD7	BIOMICS LAB	México	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	OFICIO 163300C021579 COMPROBANTE DE TRAMITE 203300C0210410	AMA06004208FA	AP MASCARILLAS, S.A. DE C.V.	México	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO APLICA (OFICIO COFEPRIS 163300C0210578 DE 12 DE ENERO DE 2017)	AMA06004208FA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE MODELO AP M-10, MASCARILLAS CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO EMPLEADO COMO UN MEDIO DE SEGURIDAD PERSONAL	México	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIO GEHCS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, EL FABRICANTE SOLO AMPARA EL 50% DE LA CANTIDAD OFERTADA, QUE ES MENOR AL 50% DEL REQUERIMIENTO.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE
62	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE	PZA	1	PZA	5,959,163	7,448,953					GRUPO FERRITERO MARTI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA FORMATO PROPUESTA TÉCNICA REQUISITADA CONFORME AL INSTRUCTIVO DE LLENADO	NO CUMPLE, EL FABRICANTE CONDICIONA SU RESPALDO	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE	
63	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,300,000	14,020,000	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S. DE R.L. DE C.V.	0950C202055A	GFH200061T80	Cubrebocas desechable 3 PC (marca cubrebocas sustentabilia TOLTECAS T-2505)	México	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
64	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS R&M SA DE CV	056C2002055SA	PQFIS03134I3	PBL	México	GRUPO HOSPITALET, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GUANGZHOU POWECOM LABOR INSURANCE SUPPLIES CO.	NO APLICA	NO APLICA	MARCA POWECOM MODELO KN95	CHINA	GRUPO SABIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE. CUBREBOCA ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLUSADO, TERMOSELLADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE DE ACERO CUBIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MASCARILLA. IMPERMEABLE A LIQUIDOS, RESISTENTE A FLUIDOS, PERMEABLE AL AIRE, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. DESECHABLE, NO ESTERIL, USO PARA ADULTO	PZA	1	PZA	14,100,000	5,600,000	CYRIDERM ASTHETICS, S.A. DE C.V.	096IC202055SA	CAEIS0302MT2	CIRUDERM TRICAPA	México	GRUPO TECNOLÓGICO VERANA, S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE, NO LO PRESENTA A NOMBRE DEL LICITANTE	NO CUMPLE, NO LO PRESENTA A NOMBRE DEL LICITANTE	CUMPLE
67	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS R&M SA DE CV	056C2002055SA	PQFIS03134I3	PBL	México	GRUPO TRES R TERMOTÉCNICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CUTMAN PRESS, S DE RL DE CV	0723C202055SA	GPR771086F0	BOXOR	México	CUTMAN PRESS, S DE RL DE CV	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	OVS FILTER TECHNOLOGY	NIOSH TC-84A-911	GFT930328GM4	N31000	México	OVS FILTER TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA														EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS							
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	CLAVE			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
		FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)		LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS														
70	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO MARCA TRIMASK95 ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,020,000	11,215,004	HELÉNICA, S.A. DE C.V.	0926C2020 SSA	HEL-990306-PE3	TRIMASK95	México	HELÉNICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	Best Trading, S.A. DE C.V.	0581C2020 SSA	BTR 040330 CPA	Mascarilla protectora KN95 Best Trading	China	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	CUMPLE (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Ecodeli comercial, S.A. de C.V.	0872C2020 SSA	ECO 06122F78	Cubre bocas Ecodeli	México	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	6	060	066	1250	GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO MÍNIMO AL 70 % V/V, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULIENTES HIPOALERGÉNICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	Ecodeli comercial, S.A. de C.V.	En trámite no de entanda	ECO 06122F78	Limpier alcohol antibacterial al 70%	México	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIO CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENCIA A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE RETROAURICULAR, DESECHABLE, MARCA: KAPER. PAÍS DE ORIGEN: CHINA, FABRICANTE: GUANGDONG KAPER PROTECTION TECHNOLOGY CO. LTD.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GUANGDONG KAPER PROTECTION TECHNOLOGY CO. LTD.	D.O.F.	IME040414X9	MASCARILLA KN95	CHINA	IMEDIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	QURATEX, S.A. DE C.V.	0517C2020 SSA No. DE SOLICITUD 20330140110085	QUR130114M93	Clasi-K	México	INDALIM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILES Y TERMOSELLADOS S.A. DE C.V.	0863C2020 SSA	TTE 200505CV6	CUBREBOCAS QUIRURGICO THOR	México	INDIMEX TRADING S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO MÍNIMO AL 70% V/V, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENI CO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	COMERCIAL DE MERCANCIAS SELECTAS DE GUADLAJARA S.A. DE C.V.	NO REQUIER E DE REGISTR O SANITARIO	CM570704B A9	AG	México	INDIMEX TRADING S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS						
CO NSE CUT IVO	CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA							MÍNIMA	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
78	2	060	621	0664	PORTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	BUILD YOUR DREAMS BUSSES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1228C2020 SSA	BYDI305154TA	MASCARILLA TIPO RESPIRADOR N95 MARCA BYD	CHINA	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V.	CUMPLE (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	NO CUMPLE, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE SEÑALAN TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN LA CARTA DE RESPALDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	COMERCIALIZADORE BREVER, S.A. DE C.V.	1208C2015 SSA	CBR 0203194T4	CUBREBOCA PROFESIONAL QUIRURGICO BREVER	México	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	COSMEDYM, S.A. DE C.V./METRIKA STUDIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0693C2020 SSA/0948C2020 SSA	COS1021THR7/ KIM0002289M1	YVMAX/M MEDICAL	México	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PIEZA	25	CAJA CARTON	28,037,509	11,215,004	COSMEDYM S.A. DE C.V.	0693C2020	COS1021THR7	CUBREBOCAS DE TELA YVMAX	México	INTERNACIONAL SEWING COMPANY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZADO POR COFEPRIS	NO CUMPLE, NO PRESENTA AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS	CUMPLE
82	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA, 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	25	BOLSAS DE 25 PARES	20,287,392	8,114,877	COSMEDYM S.A. DE C.V.	NO SE REQUIERE	COS1021THR7	BOTAS QUIRURGICAS DE TELA NO TEJIDA-ISCO B	México	INTERNACIONAL SEWING COMPANY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE
83	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Sapphire Denim S.A. de C.V.	0852C2020 SSA	SDE1504203M2	Cubrebocas Sapphire	México	IRENE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL LICITANTE	NO PRESENTA AVISO DE RESPONSABLESANITARIO A NOMBRE DEL LICITANTE	CUMPLE
84	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/V, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	440,000	440,000	Key Química S.A. de C.V.	0199C2019 SSA	KQU691016XS	KEY DERMOWIPE	México	KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
85	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, 2) PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, 3) RESISTENTE A FUIDOS, 4) ANTIESTATICO, 5) HIPOALERGENICO, 6) AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, 7) CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, 8) DESECHABLE	Pza	1	Pza	14,897,906	5,959,163	Best Trading, S.A. de C.V.	0581C2020 SSA	BTR040330CPA	Macarilla protectora KN95 Best Trading	China	LABCAPE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	CUMPLE (EL PAIS DE ORIGEN ES CHINA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO 2- CUBREBOCAS QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, 3) CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, 4) RESISTENTE A FLUIDOS, 5) ANTIESTATICO,6) HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, 7) DESECHABLE	Pza	1	Pza	28,037,509	11,215,004	Ecodell Comercial S.A. de C.V.	0872C2020 SSA	ECO061122F7B	Cubre bocas Ecodell	México	LABCARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, 2) FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, 3)ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, 4) ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO 5)CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	Env	1	Lto	878,000	351,200	Ecodell Comercial S.A. de C.V.	En trámite No de entarda	ECO061122F7B	Limpier alcohol antibacterial al 70%	México	LABCARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
88	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	N/A	N/A	N/A	N/A	China	LATIN AIR SEA WORLDWIDE S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE, EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME AL INSTRUCTIVO DE LLENADO (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	NO CUMPLE, NO SE IDENTIFICA EN SU PROPUESTA EL NOMBRE DEL FABRICANTE	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO INTEGRA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA AVISO DE FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	NO CUMPLE, LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS NO REFERENCIA LA TOTALIDAD DE NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EL INSUMO
89	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE . CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SHANABELL	México	LOGISTICA LABORAL Y EMPRESARIAL, S.C.	NO CUMPLE, EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME AL INSTRUCTIVO DE LLENADO	CUMPLE	NO CUMPLE, EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO QUE PRESENTA EL LICITANTE SE ENCUENTRA INCOMPLETO	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO EXHIBE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO	CUMPLE
90	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C2020 SSA	CPT0006075M2	CUBRECOCAS COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE . CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PAR	1	PAR	7,448,953	2,979,582	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C2020 SSA	CPT0006075M2	CUBRECOCAS COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	10,143,596	4,057,439	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	09757C2020 SSA	CPT0006075M2	ROPA QUIRURGICA COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MANUFACTURAS UNIVERSO S.A. DE C.V.	0553C2020SSA	MUN850531HIA	CUBREBOCAS MUSA	México	MANUFACTURAS UNIVERSO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
94	1	060	621	0656	CUBREBOCA QUIRURGICO TRICAPRA SMS TERMISELLADO CON AJUSTE NASAL AJUSTABLE. ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, 100% POLIPROPILENO. PLUSADO, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, DESECHABLE.CON BANDAS PARA SUDECCION EN LAS OREJAS.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE100928V55	ADN	México	MATTE BRANDING SA. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO RESPALDA LA CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL LICITANTE	NO PRESENTA AVISO DE RESPONSABLESANTARIO A NOMBRE DEL LICITANTE	CUMPLE
95	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 AIR PRO MID CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.		AMA0604208FA	AP	México	MATTE BRANDING SA. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE NO REQUISITO LA TOTALIDAD DE LOS CAMPOS CONFORME LO SEÑALADO EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA	CUMPLE	NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL LICITANTE	NO PRESENTA AVISO DE RESPONSABLESANTARIO A NOMBRE DEL LICITANTE	CUMPLE
96	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	Comercial de Mercancias Selectas de Guadalajara S.A. de C.V	201403506A0079 (20010856	CMS7070704BA9	AG GEL ANTIBACTERIAL con Humectante	México	MATTE BRANDING SA. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL LICITANTE	NO PRESENTA AVISO DE RESPONSABLESANTARIO A NOMBRE DEL LICITANTE	CUMPLE
97	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	3M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ESTADOS UNIDOS	MAYNARD INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA
98	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 70%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	1783C2012 SSA	LA3870102KE4	GEL ANTIBACTERIAL JALOMA	México	MED EVOLUTION, SA.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE PRESENTACIÓN PROPUESTA CAJA CON 60 UNIDADES.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MEDEVOLUTION SAPIDE C.V.	0782C202055A	MEV-150219-DY0	MEDEVOLUTION MASK	México	MED EVOLUTION, SA.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
100	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	NATURAL AESTHETICS S.A. DE C.V.	0803C202055A	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	MERCADAM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL LICITANTE	NO PRESENTA AVISO DE RESPONSABLESANTARIO A NOMBRE DEL LICITANTE	CUMPLE
101	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	MEXIQIUM, S.A. DE C.V.	NO APLICA SEGUN ACUERDO DEL DOF DEL 22 DE DIC. DE 2014	MEX91126N67	QPQ	MÉXICO	MEXIQIUM, SA. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	MEXIQIUM, S.A. DE C.V.	NO APLICA SEGUN ACUERDO DEL DOF DEL 22 DE DIC. DE 2014	MEX91126N67	QPQ	MÉXICO	MEXIQIUM, SA. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
CONSECUTIVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
103	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	SERVICIOS Y MANUFACTURAS MAGALLANES, S.A. DE C.V.	1172C202055A	SMM130124D96	CUBREBOCAS ADULTO MAGALLANES	México	MICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
104	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	HERA APPAREL S.A. DE C.V.	0447C202055A	HAP062147YA	CUBREBOCAS HERA	México	MULTIEQUIPOS Y MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
105	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	14,299,130	Internacional Neutraceutics Company S.A. de C.V.	0757C202055A	INE19018CV6	Cubre bocas de tres capas interceutics	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
106	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS.	PZA	1	PZA	7,746,911	7,597,932	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
107	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	TROPICOSMETICOS, S.A. DE C.V.	1506C2020 SSA	TRO050210Q50	GEL ANTIBACTERIAL BRITZ	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
108	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	N/A	AMA06004208FA	AP	México	ONCOFEM S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
109	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE UNITALLA	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	AD100928V55	ADN	México	ONCOFEM S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
110	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,500,000	11,215,004	RG NEGOCIOS DINAMICOS S. DE R.L. DE C.V.	0396C202055A	RND070829KQA	CUP07 PROTEKCIA	México	ORTHOPEDICS ORIGIN AND EVOLUTION S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS						
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	CLAVE		DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
			GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA									LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	
111	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	CARLOS MONTENEGRO CASTRO	1460C20205SA	MOCC940306AU4	GEL ANTIBACTERIAL 4YOUR SAFETY	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
112	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	CARLOS MONTENEGRO CASTRO	1460C20205SA	MOCC940306AU4	GEL ANTIBACTERIAL 4YOUR SAFETY	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
113	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	08B1C20205SA	OAN130402984	CUBREBOCAS QUIRURGICO LIFE	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
114	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE.	PAR	1	PAR	20,287,192	8,114,877	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	0974C20205SA	OAN130402984	ROPA QUIRURGICA DESECALE LIFE	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
115	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRYM INIVAN MÉXICO S.A. DE C.V.	NYC2002C0200208	PFM710504GT5	RESPIRADOR DE MEDIA CARA	China	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
116	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,754.50	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C20165SA	ID50611277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	PRODUCTOS MEDICOS Y MATERIALES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
117	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C20165SA	ID50611277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	PROFESIONAL PHARMACY, SA DE C.V.	CUMPLE	NO RESPALDA EL 100% DE LA CANTIDAD OFERTADA EN EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
118	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	Pieza	30	Caja	7,448,953	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO APLICA	AMA06004208FA	AP MASCARILLAS	México	PROTECCIÓN INFINITA S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE
119	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	2,000,000	2,000,000	NEOGLIS S.A. DE C.V.	1092C20205SA	NEO130619EC5	MASCARILLA QUIRURGICA NEOGLIS	México	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO OFERTA EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO, CONFORME AL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA	NO CUMPLE, NO RESPALDA EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO CONFORME AL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS							
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA		MÍNIMA	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)									CUMPLIMIENTO DE NORMAS		
120	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	SAPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C202055A	SDE1504203M2	Cubrebocas Sapphire	México	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
121	1	3E+07	060	621	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CIGNA FARMEX, S. DE R.L. DE C.V.	0674C202055A	CFA180T1221A	WEGUARD	México	PROVEEDORA, ABASTECIMIENTO Y EQUIPO LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO SON CONGRUENTES LOS DATOS PRESENTADOS CON EL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE	
122	2	2E+07	060	621	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	SAPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C202055A	SDE1504203M2	Cubrebocas Sapphire	México	PROVEEDORA, ABASTECIMIENTO Y EQUIPO LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO SON CONGRUENTES LOS DATOS PRESENTADOS CON EL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE	
123	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	FUJIAN SHANE TEXTILE Co. Ltd	1269C2020		MASCARILLA DESECHABLE SANWO	China	RBC QUÍMICA S.A. DE C.V.	CUMPLE (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA)	NO CUMPLE, NO SE DESPRENDE QUE EL LICITANTE SEA EL FABRICANTE DEL PRODUCTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
124	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	PROMEXCOMWORLD PROMOTIONALS S.A. DE C.V.	0669C2020	PWP1207028BV5	CUBREBOCAS WORLD PROMOTIONALS	México	RBC QUÍMICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
125	1	060	621	0698	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON TRES CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0638C202055A	BLM200T122KD7	BIOMICS LAB	México	REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE OFERTÓ UNA CLAVE DISTINTA A LA REQUERIDA	NO CUMPLE, SE RESPALDA UNA CLAVE QUE NO ES REQUERIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
126	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	PROQUINAT PRODUCTOS QUIMICOS Y NATURISTAS	NO APLICA	NO APLICA	GEL ANTIBACTERIAL	México	REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
127	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MEDEVOLUTION SARIDE C.V.	0782C202055A	MEV-150219-DY0	MEDEVOLUTION ÔMASK	México	REPRESENTACIONES BALLMAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	CLAVE			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
		GEN	ESP			UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
128	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPO TOGESA S.A. DE C.V.	0406C20055A	GTO080404DF4	CUBREBOCA QUIRURGICO DESECHABLE TOGESA	México	RETAIL MEDICAL DEPOT S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
129	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ALTERNAVIDA,S.A. DE C.V.	NO APLICA	ALT010926BY0	FACTOR C	México	S3, HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO INDICA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE NO OFERTA REGISTRO SANITARIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
130	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C20055A	ACM770602BQ6	MASKLIFE	México	S3, HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
131	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	30	PZA	5,959,163	14,897,906	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S DE R.L. DE C.V.	0536C20055A	CPT0006075M2	CUBREBOCAS COPROTEX	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
132	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	351,200	878,000	COTEPLAST, S.A. DE C.V.	0419C20055A	COT6051IEK2	GOT-GEL	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
133	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	25	PZA	11,215,004	28,037,509	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C20055A	TPP200508IX6	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO PAM	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO A NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO OFERTADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
134	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	SHENZHEN MINGCAI NEW CENTURY TECHNOLOGY Co Ltd	N/A	N/A	MASCARILLA PROTECTORA KN95	China	SERVICIOS Y SUMINISTROS PIRAMIDES S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE (EL PAIS DE ORIGEN ES CHINA)	NO CUMPLE, NO SE OTORGA DEL FABRICANTE AL LICITANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
135	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Internacional Neutraeuctics Company S.A. de C.V.	0757C2020	JOSE ANTONIO VALDEZ ROMO DE VIVAR	CUBREBOCAS CON TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA FILTRO INTERMEDIO SPUNDBOND DE 250/M2CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESWISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO E HIPOALERGENICO CON RESORTE AJUSTABLE RETROARTICULAR, NO ESTERIL, DESECHABLE Y DE UN SOLO USO	México	SIMATECH DEL SUR S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
CLAVE					DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
PARTIDA	GPO	GEN	ESP	UNI		CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA							CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	
136	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,754	11,215,004	DBL LEATHERS, S.A. DE C.V.	0728C202055A	DELO60330884	D-MASK CUBREBOCAS DESECHABLES	México	SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
137	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	PROVEEDOR SUELERO HERJA, S.A. DE C.V.	0691C202055A	PSH180522HE3	CUBREBOCAS HERJA	México	SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
138	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	GRUPO ZET INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0843C202055A	GZI-860210-EQ3	NOVO PROTECT	México	SOPORTE MEDICO INTEGRAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
139	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C202055A	TPP200508IX6	CUBREBOCAS PAM	México	STAR ALAI S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
140	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TAZAMAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NA CERTIFICADO NYCE 1802CZ00008	TC0190409AA5	NA	China	TAZAMAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE. EL LICITANTE NO ACREDITA QUE SEA EL FABRICANTE DEL PRODUCTO COMO LO MANIFIESTA EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA, TAMPOCO INDICA MARCA O DENOMINACIÓN DE PRODUCTO (EL PAÍS DE ORIGEN ES CHINA-1)	NO CUMPLE, NO SE DESPRENDE QUE EL LICITANTE SEA EL FABRICANTE DEL PRODUCTO	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE
141	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	TECNOLOGÍA CON VALOR HUMANO, S.A. DE C.V.	1371C202055A	TVH170406A95	ALPHA PROTECT	México	TECNOLOGÍA CON VALOR HUMANO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
142	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE/Modelo 9030	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE REGISTRO OFICIO 163300C02010579	AMA06004208FA	Respirador Purificado de aire presión negativa, contra partículas clase N95	México	TECROM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
143	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE100928V55	Cubrebocas de tres capas desechable	México	TECROM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA							MÍNIMA	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
144	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA. UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE Cubrebocas o máscara facial desechable compuesta de tres capas termoselladas, (CAPA 1 (BASE) elaborada de Tela blanca spunbond 100% polipropileno con un gramaje/medida de 25 g, CAPA 2 (Media) elaborada de Tela blanca spunbond o meltblown 100% polipropileno con un gramaje/medida 25 g y la CAPA 3 (Frontal) elaborada de tela azul spunbond 100% polipropileno, con un gramaje/medida 25 g), con elástico para asegurar la máscara y	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C202055A	TPP200508IX6	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO PAM	México	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
145	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	7,448,953	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	AMA06004208FA	MASCARILLA AP M10 (CC)	México	TODO PARA LA SALUD MARK S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO DE LA DIVISION DE PLANEACION DE BIENES TERAPEUTICOS				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCION	PRESENTACION			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAIS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO (A DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA		NUMERAL 1 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
146	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,760	14,018,760	TUROPLASTICS S.A. DE C.V.	0758C202055A	TUR090609BN9	Cubrebocas plisado de tres capas sellado con ultrasonido Cubrebocas "BLUUM"	México	TUROPLASTICS S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	NO APLICA	NO CUMPLE, EL DOCUMENTO EXHIBIDO A FOLIOS 67 Y 68 NO PERMITE DAR CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EXPEDIDO O AUTORIZADO POR COFEPRIS, CORRESPONDIENDO A UN DOCUMENTO EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE MORELIA	NO CUMPLE, EL DOCUMENTO EXHIBIDO A FOLIOS 67 Y 68 NO PERMITE DAR CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EXPEDIDO O AUTORIZADO POR COFEPRIS, CORRESPONDIENDO A UN DOCUMENTO EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE MORELIA	CUMPLE
147	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	UNIFORMES POTENZA VIVE S.A. DE C.V.	0914C202055A	UPV77214731	CB-3CL	México	UNIFORMES POTENZA VIVE S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE, EL DOCUMENTO EXHIBIDO A FOLIOS 38 A 51, CORRESPONDE A UN FORMATO DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO, RESPONSABLE SANITARIO Y DE MODIFICACIÓN O BAJA A NOMBRE DE 35A INTERNATIONAL ROASTERS, S. DE R.L. DE C.V. EL CUAL NO CORRESPONDE AL LICITANTE	NO CUMPLE, EL DOCUMENTO EXHIBIDO A FOLIOS 38 A 51, CORRESPONDE A UN FORMATO DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO, RESPONSABLE SANITARIO Y DE MODIFICACIÓN O BAJA A NOMBRE DE 35A INTERNATIONAL ROASTERS, S. DE R.L. DE C.V. EL CUAL NO CORRESPONDE AL LICITANTE.	CUMPLE
148	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	7,448,953	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NA CERTIFICADO NVCE 1802C200008	AMA06004208FA	AIR PRO	México	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
149	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0638C2 020 SSA	BLM200102KH7	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE (Biomics Lab)	México	WALTEM, S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
150	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	7,448,953	Estereo scopia Digital, S.A. de C.V.	No aplica	EDI50303P71	RESPIRADOR DESECHABLE DE PRESION NEGATIVA, LIBRE DE MANTENIMIENTOS, N95	México	WALTEM, S.A. DE C.V.	CUMPLE, OFERTA MENOS DEL 100% CUMPLE CON EL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
151	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	Internacional Neutrautics Company S.A. DE C.V.	0757C202055A	INE19018CV6	Cubrebocas de tres capas intereuctics	México	WASPMED S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	CLAVE			DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA					
		GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS	
1	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	12,750,000	11,000,000	ABDITEX SA DE CV	1243C2020 55A	ABDI50506819	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO ABDITEX	México	ABDITEX S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	1	060	621		MASCARILLA N 95 CON 99% DE PROTECCIÓN EN LA FILTRACIÓN DE PARTICULAS	20 POR CAJA	6,000,000	N95	8,000,000	6,000,000	ANITSAME COMERCIALIZADORA SUSTENTABLE SA DE CV	MM-041-008/11	ACS1911257J1	CERTIFICADO DE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL IMSS	CHINA	ANITSAME COMERCIALIZADO ORA SUSTENTABLE SA DE CV	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada, no indica "CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA.	NO CUMPLE	
3	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	380,000	380,000	PRYM INOVAN MEXICO S.A. DE C.V.	CERTIFICADO NYCE NYC-2002C0200208	PFM70504GT5	JY-N900	CHINA	ANSATI S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE	
4	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14' 018,755	11,215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2020 55A	ACM170602BQ6	MASKLIFE	México	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	4,000,000	4,000,000	SONATA CALCETIN S.A. DE C.V.	0786C2020 55A CERTIFICADO NYCE NYC-2002C020026702 0	SCA050311F12	CUBREBOCAS CAREMASK N95	México	AVANCE Y DISTRIBUCION PHARMACEUTIC A, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	CUMPLE	
6	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	OFICIO 163300C020579 COMPROBANTE DE TRÁMITE 2013300C0201410	AMA0604208FA	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	México	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD					
CLAVE					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA					
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS	
7	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	0638C2020 SSA	BLM20012KD7	BIOMICS LAB	México	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	2	060	621	0664	Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras. Resistente a fluidos, antiestático, hiposérgico; ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire. con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza. desechable.	PZA	2	PZA	7,500,000	5,959,163	Fábrica de Calzado Garcis S.A. de C.V.	N/A	FCG14080BA74	MEDIMASK MM-004-E	México	BRANDS UNLIMITED S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	
9	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	CAJA C/50 PZS	28,037,509	11,215,004	INTERNACIONAL NEUTRACEUTICS COMPANY, S.A. DE C.V.	0757C2020SSA	INE19018CV6	CUBREBOCAS DE TRES CAPAS INTERCEUTICS	México	CALEISA S.A DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	CAJA C/20 PAQUETE S O PIEZAS	5,959,163	14,897,906	SONATA CALCETIN S.A. DE C.V.	0786C2020 SSA	5CA05031F12	CUBREBOCAS CAREMASK N95	México	CALEISA S.A DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza.	CUMPLE	
11	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	IP INTERNACIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	0724C2020 SSA	1IT070821DB7	CUBREBOCAS GLOBALCARE	México	CARDIOPACE, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	351,200	876,000	QUÍMICA BINDEN S.A. DE C.V.	EN TRAMITE NO. DE FOLIO: 203300401A0253	QB1092004ER6	QBINDEN	México	CESAR ALFONSO FUENTES AGUIRRE	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE,	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	
13	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C2016	1DS061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C2012SSA	DEG980705HB	CUBREBOCAS DESECHABLE. PROTEC	México	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN ANALOC S.A. DE C.V. Y MARKMOLES ARCA S.A.P.I DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
15	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML.A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C2015SA	DEG980705HB	GEL ANTIBACTERIAL, MARCA PROTEC	México	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ANALOC S.A. DE C.V. Y MARMOLES ARCA S.A.P.I DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML.A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C2015SA	DEG980705HB	GEL ANTIBACTERIAL, MARCA PROTEC	México	COMERCIALIZADORA GENESTAY SA DE CV	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C2012SA	DEG980705HB	CUBREBOCAS DESECHABLE. PROTEC	México	COMERCIALIZADORA GENESTAY SA DE CV	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	NATURAL AESTHETICS SA DE CV	0803C2020SA	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 70%	FCO	120	ML	238,018	95,208	ABSARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	2033004010516 (NÚMERO SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL)	ACO107274K1	VLANC+PIUR	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO COMO FUE SOLICITADO PARA EL BIEN QUE OFERTA	NO CUMPLE
20	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML.A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ABSARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	2033004010516 (NÚMERO SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL)	ACO107274K1	VLANC+PIUR	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO COMO FUE SOLICITADO PARA EL BIEN QUE OFERTA	NO CUMPLE
21	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPREYSA, S.A. DE C.V.	2287C2017SSA	GRU150806IF0	CUBREBOCA PLISADO GRUPEYSA	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Sapphire Denim, S.A. de C.V. Folierserv, S.A. de C.V.	0852C2020 SSA 0734C2020 SSA	SDE150420-3M2 FOL-83025-L12	Cubreboas Sapphire 3P Disposable Mask	México	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
23	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	2	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C2020 SSA	ADE10092B V55	Arte en Denim	México	COMERCIALIZADORA TEXTOR S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,959,163	Comercializadora Tivon SA de CV	NL-DM-081303	CTI100506FE5		México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO APLICA	NO APLICA	NO PRESENTA, NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
25	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILES Y TERMOSELLADOS SA DE CV	086C2020SSA	TTE200505CV6	CUBREBOCA SQUIRURGICO THOR	México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO COMPLETO	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO COMPLETO	NO APLICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO COMPLETO	NO CUMPLE
26	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	20,287,192	8,114,877					México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO APLICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
27	7	060	066	1268	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO 70%, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULIENTES HIPOALERGENICOS, COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO, NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	16,613	6,646		FFCOFEPRIS-02	GAA080502U L2		México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO APLICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
28	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	CONFECCIONES CARFRAN S.A. DE C.V.	1109C2020 SSA NO DE SOLICITUD 2033014010388	CCA130123410	CARFRAN	México	CONFECCIONES CARFRAN S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
29	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C2016SSA	1D50611277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	20,000,000	11,215,004	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL	0536C2020 SSA	CPT0006075M2	CUBREBOCAS COPROTEX	México	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	12,000,000	8,114,877	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL	0957C2020 SSA	CPT0006075M2	ROPA QUIRURGICA COPROTEX	México	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD					
	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA					
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS	
32	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PIEZ A	1	PIEZ A	28,037,509	14' 100,000	SAPPHIRE DENIM, S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDE1504203M2	CUBREBOCAS SAPPHIRE	México	DERENTA S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
33	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	NATURAL AESTHETICS SA DE CV	0803C2020 SSA	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE CV	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
34	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28' 037,509	11' 215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2020	ACM70602BQ6	MASKLIFE	México	DISTRIBUIDORA DE FARMACEUTICOS COMELIURMA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
35	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	TEXTILES Y TERMOSELLADOS, S.A. DE C.V.	0673C2020 SSA	TTE200505CV6	CUBREBOCAS THOR	México	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPORAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
36	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	10,000	BAOJI TAIDAKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	N/A	N/A	KN95 RESPIRADOR DESECHABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO	REPÚBLICA POPULAR CHINA	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE	
37	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	3,000,000	1,000,000	EE PRINT PACK, S. DE R. L. DE C.V.	0390C2020	CPM070102HPO	CUBRE BOCA QUIRURGICO DESECHABLE PROT GM	México	EE PRINT PACK, S. DE R. L. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
38	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,000	COTEPLAST S.A. DE C.V	0419C2020SSA	COT16051IEK2	COT-GEL	México	EMPAQUES U-PACK S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
39	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	BEST TRADING, S.A. DE C.V.	0581C2020SSA	BTRO40330CPA	MASCARILLA PROTECTOR KN95 BEST TRADING	CHINA	EQUIVER S.A. DE C.V	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA					
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA							MÍNIMA	REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
40	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	0872C202055A	ECO061022F7B	CUBREOCAS ECODELI	México	EQUIVER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/V, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	EN TRAMITE NO DE ENTRADA	ECO061022F7B	LIMPIEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL AL 70%	México	EQUIVER S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE,	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
42	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	100	PZA	8,000,000	5,959,163	ESPUMADOS ABSA S.A. DE CV	203300506A0376	EAB940223F81	Cubre bocas	México	ESPUMADOS ABSA S.A. DE CV	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE,	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
43	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	Esterescopia Digital S.A de C.V	NL-DM-079634	EDI150303P71	Respirador de Media Cara KN95 de 4 Capas de Filtrado	México	Esterescopia Digital S.A de C.V	NO APLICA	NO REQUIERE	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripcion solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE
44	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Esterescopia Digital S.A de C.V	1502C2020 SSA	EDI150303P71	Cubrebocas Tres Capas Esterescopia Digital	México	Esterescopia Digital S.A de C.V	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	1	3E+07	060	621	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CICNA FARMEX S. DE R.L. DE C.V.	0674C2020 SSA	CFA1801221A	WEGUARD	México	ETHOMEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	2	210018	060	621	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	SAPPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDE1504203M2	Cubrebocas Sapphire	México	ETHOMEDICAL S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO REQUIERE	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripcion solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE
47	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA, 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	10,143,596	8,114,877	B & MED S.A. DE C.V.	1780C2018 SSA	B&M071015BV5	BOTA QUIRURGICA DESECHABLE B & MED	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020 SSA	CXX180827P12	SANITEK PRO	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CLAVE					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
49	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020 SSA	CXX180827P12	SANITEK PRO N95	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO REQUIERE	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE
50	1	060	621	0656	DESECHABLE. CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. CUBREBOCAS DE USO GENERAL, CON TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, FABRICADO CON TELA DE POLIPROPILENO NO TEJIDA SMS, DE SUPERFICIE SUAVE, TERMOSELLADO, PLUSADO, CON BANDAS ELASTICAS DE SUECIÓN A LA OREJA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. DIMENSIONES DE 17.0 X 9.0 CM. DESECHABLE NO ESTÉRIL. PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA.	PZA	50	CAJA	28,037,509	11,215,004	FOLISERVIS, S.A. DE C.V.	0734C2020 SSA	FOL-831025-LL2	3P DISPOSABLE MASK	México	FOLISERVIS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	2	060	621	0664	DESECHABLE. PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GALIA TEXTIL S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	GTE-840618-177	GALIA	México	GALIA TEXTIL S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	2,037,509	11,215,004	SUBLITREX, S.A. DE C.V.	0727C2020 SSA	SUB120824TT0	CUBREBOCAS SUBLITREX	México	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	0393C2020 SSA	GVE160725-411	CUBRE BOCAS QUIRÚRGICO GERD YERIK	México	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C2015SA	DEG9807015HB	GEL ANTIBACTERIAL MARCA PROTEC	México	GREEN RAY MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C2012SSA	DEG9807015HB	CUBREBOCAS DESECHABLE PROTEC	México	GREEN RAY MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020SSA	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	SANITEKPRO	México	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
57	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	NYC2002CO2002-08	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	SANITEKPRO MODELO SANITEKPRO N95	México	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	CUMPLE
58	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C2002055A	ADE100928V55	ADN-HEALTH	México	GRUPO COMERCIAL OCMAP S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0688C2002055A	BLM200122KD7	BIOMICS LAB	México	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA EL REGISTRO SANITARIO OFERTAIO	NO APLICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
60	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	OFICIO 163300CO20759 COMPROBANTE DE TRÁMITE 203300CO207040	AMA06004208FA	AP MASCARILLAS, S.A. DE C.V.	México	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO APLICA (OFICIO COFEPRIS 163300CO207578 DE 12 DE ENERO DE 2017)	AMA06004208FA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE MODELO AP M10, MASCARILLAS CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO EMPLEADO COMO UN MEDIO DE SEGURIDAD PERSONAL	México	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIO GEHCS, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA.	PZA	1	PZA	5,959,163	7,448,953						GRUPO FERRITERO MARTI, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE
63	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,300,000	14,020,000	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S. DE R.L. DE C.V.	0950C2002055A	GFH200611T80	Cubre bocas desechable 3 PC (marca cubrebocas sustentabilia TOLTECAS T-2505)	México	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
64	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS R&M SA DE CV	056C2002055A	PQF1503134I3	PBL	México	GRUPO HOSPITALET, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GUANGZHOU POWECOM LABOR INSURANCE SUPPLIES CO.	NO APLICA	NO APLICA	MARCA POWECOM MODELO KN95	CHINA	GRUPO SABIO, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE. CUBREBOCA ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLUSADO, TERMOSELLADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE DE ACERO CUBIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MASCARILLA. IMPERMEABLE A LIQUIDOS, RESISTENTE A FLUIDOS, PERMEABLE AL AIRE, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. DESECHABLE, NO ESTERIL, USO PARA ADULTO	PZA	1	PZA	14,100,000	5,600,000	CYRIDERM ASTHETICS, S.A. DE C.V.	0961C202055A	CAE150302M2	CIRUDERM TRICAPA	México	GRUPO TECNOLÓGICO VERANA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS R&M SA DE CV	056C2002055A	PQF1503134I3	PBL	México	GRUPO TRES R TERMOTÉCNICA S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	GUTMAN PRESS, S DE RL DE CV	0723C2002055A	GPR771086F0	ROXOR	México	GUTMAN PRESS, S DE RL DE CV	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	CVS FILTER TECHNOLOGY	N10SH TC-8AA-911	GFT190328GM4	N31000	México	CVS FILTER TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
70	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO MARCA TRIMASKS ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,020,000	11,215,004	HELENICA, S.A. DE C.V.	0926C2020 SSA	HEL-990306-PE3	TRIMASK95	México	HELÉNICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,363	Best Trading, S.A. DE C.V.	0581C2020 SSA	BTR 040330 CPA	Mascarilla protectora KN95 Best Trading	China	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE
72	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Ecodeli comercial, S.A. de C.V.	0872C2020 SSA	ECO 06122F7B	Cubre bocas Ecodeli	México	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	6	060	066	1250	GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70 % W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGÉNICO; ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	Ecodeli comercial, S.A. de C.V.	En trámite no de entanda	ECO 06122F7B	Limpiei alcohol antibacterial al 70%	México	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO APLICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
74	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIO CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENCIA A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE RETROAURICULAR, DESECHABLE, MARCA: KAPER. PAÍS DE ORIGEN: CHINA, FABRICANTE: GUANGDONG KAPER PROTECTION TECHNOLOGY CO, LTD.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,363	GUANGDONG KAPER PROTECTION TECHNOLOGY CO, LTD.	D.O.F.	IME0404140X9	MASCARILLA KN95	CHINA	IMEDIC, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	CUMPLE
75	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	QURATEX, S.A. DE C.V.	0517C2020 SSA No. DE SOLICITUD 2033014010085	QUR130114M93	Clasi-K	México	INDALIM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILES Y TERMOSELLADOS S.A. DE C.V.	0863C2020 SSA	TTE 200505CV6	CUBREBOCAS QUIRURGICO THOR	México	INDIMEX TRADING SA. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENI CO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	COMERCIAL DE MERCANCÍAS SELECTAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	NO REQUIER E DE REGISTR O SANITARIO	CMS170704B A9	AG	México	INDIMEX TRADING SA. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO APLICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
78	2	060	621	0664	PORTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	BUILD YOUR DREAMS BUSSES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1228C2020 SSA	BYD1305154TA	MASCARILLA TIPO RESPIRADOR N95 MARCA BYD	CHINA	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISEPTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	COMERCIALIZADORE BREVER, S.A. DE C.V.	1208C2015 SSA	CBR 0203194T4	CUBREBOCA PROFESIONAL QUIRURGICO BREVER	México	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA REQUISITOS EN CASO DE REGISTROS SANITARIOS VENCIDOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	COSMEDYM, S.A. DE C.V./METRIKA STUDIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0693C2020 SSA/0948C2020 SSA	COS1021THR7/ KIM0002289M1	YVMAX/M MEDICAL	México	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE.	PIEZA	25	CAJA CARTON	28,037,509	11,215,004	COSMEDYM S.A. DE C.V.	0693C2020	COS1021THR7	CUBREBOCAS DE TELA YVMAX	México	INTERNACIONAL SEWING COMPANY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE	PAR	25	BOLSAS DE 25 PARES	20,287,192	8,114,877	COSMEDYM S.A. DE C.V.	NO SE REQUIERE	COS1021THR7	BOTAS QUIRURGICAS DE TELA NO TEJIDA-ISCO B	México	INTERNACIONAL SEWING COMPANY, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO APLICA	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
83	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Sapphire Denim S.A. de C.V.	0852C2020 SSA	SDE1504203M2	Cubrebocas Sapphire	México	IRENE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/V, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	440,000	440,000	Key Química S.A. de C.V.	0799C2019 SSA	KQU691016XS	KEY DERNOWIPE	México	KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
85	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, 2) PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, 3) RESISTENTE A FLUIDOS, 4) ANTIESTÁTICO, 5) HIPOALERGÉNICO, 6) AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, 7) CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, 8) DESECHABLE	Pza	1	Pza	14,897,906	5,959,163	Best Trading, S.A. de C.V.	0581C2020 55A	BTR040330CPA	Macarilla protectora KN95 Best Trading	China	LABCARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	CUMPLE
86	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO 2- CUBREBOCAS QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, 3) CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, 4) RESISTENTE A FLUIDOS, 5) ANTIESTÁTICO, 6) HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, 7) DESECHABLE	Pza	1	Pza	28,037,509	11,215,004	Ecodell Comercial S.A. de C.V.	0872C2020 55A	ECO061122F7B	Cubre bocas Ecodell	México	LABCARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, 2) FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/V, 3) ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULSIONES, HIPOALERGÉNICO, 4) ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO 5) CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	Env	1	Litro	878,000	351,200	Ecodell Comercial S.A. de C.V.	En trámite No de entanda	ECO061122F7B	Limpiei alcohol antibacterial al 70%	México	LABCARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO APLICA	NO CUMPLE,	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
88	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	N/A	N/A	N/A	N/A	China	LATIN AIR SEA WORLDWIDE S. DE R.L. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	CUMPLE
89	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SHANABELL	México	LOGISTICA LABORAL Y EMPRESARIAL, S.C.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
90	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C2020 55A	CPT0006075M2	CUBRECOCAS COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PAR	1	PAR	7,448,953	2,979,582	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C2020 55A	CPT0006075M2	CUBRECOCAS COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	3	060	130	0015	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUjecION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	10,143,596	4,057,439	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	09757C2020 55A	CPT0006075M2	ROPA QUIRURGICA COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MANUFACTURAS UNIVERSO S.A. DE C.V.	0553C202055A	MUN850531H1A	CUBREBOCAS MUSA	México	MANUFACTURAS UNIVERSO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
94	1	060	621	0656	CUBREBOCA QUIRURGICO TRICAPRA SMS TERMISELLADO CON AJUSTE NASAL AJUSTABLE. ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, 100% POLIPROPILENO, PUSADO, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, DESECHABLE.CON BANDAS PARA SUJECION EN LAS OREJAS.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE100928V55	ADN	México	MATTE BRANDING S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 AIR PRO MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.		AMA0604208FA	AP	México	MATTE BRANDING S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULSIONES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	Comercial de Mercancias Selectas de Guadalajara S.A. de C.V.	201403506A0079 (20010856	CMS170704BA9	AG CEL ANTIBACTERIAL con Humectante	México	MATTE BRANDING S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO COMPLETO	NO PRESENTA, NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
97	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL. MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	3M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ESTADOS UNIDOS	MAYNARD INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
98	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 70%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	1783C2012 SSA	LA3870102KE4	GEL ANTIBACTERIAL JALOMA	México	MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	1	060	621	0656	CUBREBOCA QUIRURGICOS CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE PRESENTACIÓN PROPUESTA CAJA CON 251.06726.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MEDEVOLUTION SAPIDE C.V.	0782C202055A	MEV-150219-DY0	MEDEVOLUTION MASK	México	MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
100	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	NATURAL AESTHETICS S.A. DE C.V.	0803C202055A	NAE0710216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	MERCADAM, SA DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULSIONES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	NO APLICA SEGUN ACUERDO DEL DOF DEL 22 DE DIC. DE 2014	MEX911126N67	QPQ	MEXICO	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INTEGRA REGISTRO SANITARIO	NO APLICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
102	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	NO APLICA SEGUN ACUERDO DEL DOF DEL 22 DE DIC. DE 2014	MEX911126N67	QPQ	MÉXICO	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INTEGRA REGISTRO SANITARIO	NO APLICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA					
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS	
103	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	SERVICIOS Y MANUFACTURAS MAGALLANES, S.A. DE C.V.	1772C202055A	SMM130124D96	CUBREBOCAS ADULTO MAGALLANES	México	MICA PUBLICIDAD, SA. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
104	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	HERA APPAREL S.A. DE C.V.	0447C202055A	HAP0612147YA	CUBREBOCAS HERA	México	MULTIEQUIPOS Y MEDICAMENTOS SA. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
105	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	14,299,130	Internacional Neutraedics Company S.A. de C.V.	0757C202055A	INE19018CV6	Cubrebocas de tres capas interceutics	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
106	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 96% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS.	PZA	1	PZA	7,746,911	7,597,932	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
107	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	TROPICOSMETICOS, S.A. DE C.V.	1506C2020 55A	TRO05021DQ50	GEL ANTIBACTERIAL BRITZ	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
108	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	N/A	AMA06004208FA	AP	México	ONCOFEM S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
109	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE UNITALLA	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE10092BV55	ADN	México	ONCOFEM S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
110	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,500,000	11,215,004	RG NEGOCIOS DINAMICOS S. DE R.L. DE C.V.	0396C202055A	RND070829KQA	CUP07 PROTEKCIA	México	ORTHOPEDEICS ORIGIN AND EVOLUTION SA. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
111	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	CARLOS MONTENEGRO CASTRO	1460C202055A	MOCC940306AU4	GEL ANTIBACTERIAL 4YOUR SAFETY	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
112	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	CARLOS MONTENEGRO CASTRO	1460C202055A	MOCC940306AU4	GEL ANTIBACTERIAL 4YOUR SAFETY	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
113	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	0881C202055A	OAN130402984	CUBREBOCAS QUIRURGICO LIFE	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
114	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE.	PAR	1	PAR	20,287,192	8,114,877	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	0974C202055A	OAN130402984	ROPA QUIRURGICA DESECCABLE LIFE	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
115	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRYM INIVAN MÉXICO S.A. DE C.V.	NYC2002CO200208	PFM70504GT5	RESPIRADOR DE MEDIA CARA	China	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza.	CUMPLE
116	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,754.50	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C201655A	IDS061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
117	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C201655A	IDS061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	PROFESIONAL PHARMACY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
118	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	Pieza	30	Caja	7,448,953	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO APLICA	AMA06004208FA	AP MASCARILLAS	México	PROTECCIÓN INFINITA S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
119	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	2,000,000	2,000,000	NEOGLIS S.A. DE C.V.	1092C202055A	NEO130619EC5	MASCARILLA QUIRURGICA NEOGLIS	México	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CLAVE					DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
120	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	SAPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C20205SA	SDEI504203M2	Cubrebocas Sapphire	México	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
121	1	3E+07	060	621	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CIGNA FARMEX S. DE R.L. DE C.V.	0674C20205SA	CFA180122IA	WEGUARD	México	PROVEEDORA, ABASTECIMIENTO Y EQUIPO LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, EL REGISTRO SANITARIO ASENTADO EN SU PROPUESTA CORRESPONDE A UN PROTECTOR RESPIRATORIO Y NO CUBREBOCAS	NO CUMPLE, EL REGISTRO SANITARIO ASENTADO EN SU PROPUESTA CORRESPONDE A UN PROTECTOR RESPIRATORIO Y NO CUBREBOCAS	NO CUMPLE, EL REGISTRO SANITARIO ASENTADO EN SU PROPUESTA CORRESPONDE A UN PROTECTOR RESPIRATORIO Y NO CUBREBOCAS	CUMPLE	CUMPLE
122	2	2E+07	060	621	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	SAPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C20205SA	SDEI504203M2	Cubrebocas Sapphire	México	PROVEEDORA, ABASTECIMIENTO Y EQUIPO LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza, y no corresponder a la marca o denominación distintiva que solicita.	CUMPLE
123	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	FUJIAN SHANE TEXTILE Co. Ltd	1269C2020		MASCARILLA DESECHABLE SANWO	China	RBC QUÍMICA S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE
124	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	PROMEXCOMWORLD PROMOTIONALS S.A. DE C.V.	0669C2020	PWP1207028V5	CUBREBOCAS WORLD PROMOTIONALS	México	RBC QUÍMICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
125	1	060	621	0698	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON TRES CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0638C20205SA	BLM200122KD7	BIOMICS LAB	México	REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
126	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	PROQUINAT PRODUCTOS QUIMICOS Y NATURISTAS	NO APLICA	NO APLICA	GEL ANTIBACTERIAL	México	REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
127	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MEDEVOLUTION SAPIDE C.V.	0782C20205SA	MEV-150219-DY0	MEDEVOLUTION ÔMASK	México	REPRESENTACIONES BALLMAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CLAVE					DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
128	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPO TOGESA S.A. DE C.V.	0406C20205SA	GTO080404DF4	CUBREBOCA QUIRURGICO DESECHABLE TOGESA	México	RETAIL MEDICAL DEPOT S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
129	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ALTERNATIDA S.A. DE C.V.	NO APLICA	ALT010926BY0	FACTOR C	México	S3. HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
130	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2005SA	ACM70602BQ6	MASKLIFE	México	S3. HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
131	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE	PZA	30	PZA	5,959,163	14,897,906	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C20205SA	CPT000607SM2	CUBREBOCAS COPROTEX	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	NO APLICA	NO REQUIERE	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE
132	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	351,200	878,000	COTEPLAST, S.A. DE C.V.	049C20205SA	COT605TDX2	GOT-GEL	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
133	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	25	PZA	11,215,004	28,037,509	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C20205SA	TPP200508IX6	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO PAM	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO APLICA	NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO CUMPLE
134	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	SHENZHEN MINGCAI NEW CENTURY TECHNOLOGY Co Ltd	N/A	N/A	MASCARILLA PROTECTORA KN95	China	SERVICIOS Y SUMINISTROS PIRAMIDES S. DE R.L. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	CUMPLE
135	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Internacional Neutraceuticals Company S.A. de C.V.	0757C2020	JOSE ANTONIO VALDEZ ROMO DE VIVAR	CUBREBOCAS CON TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA FILTRO INTERMEDIO SPUNDBOND DE 25G/M2CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO E HIPOALERGENICO CON RESORTE AJUSTABLE RETROARTICULAR. NO ESTERIL, DESECHABLE Y DE UN SOLO USO	México	SIMATECH DEL SUR S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
136	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,754	11,215,004	DBL LEATHERS, S.A. DE C.V.	0728C202055A	DELO60330884	D-MASK CUBREBOCAS DESECHABLES	México	SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
137	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	PROVEEDOR SUELERO HERJA, S.A. DE C.V.	0691C202055A	PSH180522HE3	CUBREBOCAS HERJA	México	SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
138	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	GRUPO ZET INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0843C202055A	GZI-860210-EQ3	NOVO PROTECT	México	SOPORTE MEDICO INTEGRAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
139	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C202055A	TPP200508IX6	CUBREBOCAS PAM	México	STAR ALAI S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
140	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TAZAMAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NA CERTIFICADO NYCE 1802C200008	TCO190409AA5	NA	China	TAZAMAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO CUMPLE, NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO	NO APLICA	NO INDICA EN SU PROPUESTA NI ANEXO AL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE
141	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	TECNOLOGÍA CON VALOR HUMANO, S.A. DE C.V.	1371C202055A	TVH70406A95	ALPHA PROTECT	México	TECNOLOGÍA CON VALOR HUMANO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
142	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE/Modelo 9030	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE REGISTRO OFICIO 16330C00210579	AMA06004208FA	Respirador Purificado de aire presión negativa, contra partículas clase N95	México	TECROM, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
143	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE100928V55	Cubrebocas de tres capas desechable	México	TECROM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CONSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
144	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO. ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE Cubrebocas o máscara facial desechable compuesta de tres capas termoselladas, (CAPA 1 (BASE) elaborada de Tela blanca spunbond 100% polipropileno con un gramaje/medida de 25 g, CAPA 2 (Media) elaborada de Tela blanca spunbond o meltblown 100% polipropileno con un gramaje/medida 25 g y la CAPA 3 (Frontal) elaborada de tela azul spunbond 100% polipropileno, con un gramaje/medida 25 g), con elástico para asegurar la máscara y	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C202055A	TPP200508IX6	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO PAM	México	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
145	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO. ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	7,448,953	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	AMA06004208FA	MASCARILLA AP M10 (CC)	México	TODO PARA LA SALUD MARK SA DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR LA DIVISION INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO; 4.2. INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							REGISTRO SANITARIO	PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO	Anexos del registro sanitario o ETIQUETA EN CASO DE NO REQUERIR	COMENTARIOS DICBIS	RESULTADO DICBIS
146	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,760	14,018,760	TUROPLASTICS S.A. DE C.V.	0758C202055A	TURO90609BN9	Cubre bocas plisado de tres capas sellado con ultrasonido Cubrebocas "BLUUM"	México	TUROPLASTICS S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
147	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	UNIFORMES POTENZA VIVE S.A. DE C.V.	0914C202055A	UPV71214731	CB-3CL	México	UNIFORMES POTENZA VIVE S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
148	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	7,448,953	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NA CERTIFICADO NYCE 1802CZ00008	AMA06004208FA	AIR PRO	México	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
149	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0638C2 020 SSA	BLM20012K07	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE (Biomics Lab)	México	WALTEM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
150	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	7,448,953	Estereo scopia Digital, S.A. de C.V.	No aplica	EDI50303P7I	RESPIRADOR DESECHABLE DE PRESION NEGATIVA, LIBRE DE MANTENIMIENTOS, N95	México	WALTEM, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE,	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza.	NO CUMPLE
151	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	Internacional Neutraceutics Company S.A. de C.V.	0757C202055A	INE190118CV6	Cubre bocas de tres capas interceutics	México	WASPMED S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO REQUIERE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
		CLAVE			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
1	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	12,750,000	11,000,000	ABDITEX SA DE CV	1243C2020 SSA	ABDI50506819	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO ABDITEX	México	ABDITEX S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3808	
2	1	060	621		MASCARILLA N 95 CON 99% DE PROTECCION EN LA FILTRACION DE PARTICULAS	20 POR CAJA	6,000,000	N95	8,000,000	6,000,000	ANITSAME COMERCIALIZADORA SUSTENTABLE SA DE CV	MM-041-008/1	ACS191125TJ1	CERTIFICADO DE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL IMSS	CHINA	ANITSAME COMERCIALIZADORA SUSTENTABLE SA DE CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
3	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	380,000	380,000	PRYM INOVAN MEXICO S.A. DE C.V.	CERTIFICADO NYCE NYC-2002C02002038	PFM710504GTS	3Y-N900	CHINA	ANSATI S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El Informe de Resultados de Ensayo número NL-DM-078549 presentado, no ampara al número de lote indicado en el envase de venta del producto, incumpliendo con los requisitos establecidos en el Anexo denominado claves con muestra a evaluar 2020, correspondiente al procedimiento Convocatoria Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica LA-050CYR047-ET11-2020 para el informe de resultados de ensayo; además, de que el producto presenta dentro de su envase de venta un inserto el cual contiene la leyenda en idioma Inglés: KN 95 Protective Mask (Non Medical Device), por lo que se emitirá respuesta en ese sentido. el protector respiratorio NO es con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza, como se indica en el Anexo 1 Requerimiento, con lo cual se está incumpliendo en el inciso i) del numeral 6.
4	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14'018,755	11,215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2020 SSA	ACM710602BQ6	MASKLIFE	México	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La etiqueta de la muestra recibida no indica la denominación distintiva y/o marca "MASKLIFE", indicada en el escrito del licitante, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6. No presentó copia legible del Registro Sanitario 0830C2020 SSA, mismo que viene referido en el etiquetado de la muestra recibida, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso vi) del numeral 6. Se observa que el licitante integró otro registro sanitario en su propuesta técnica (0838C2020 SSA).
5	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	4,000,000	4,000,000	SONATA CALCETIN S.A. DE C.V.	0786C2020 SSA CERTIFICADO NYCE NYC-2002C0200267020	SCA05031FI2	CUBREBOCAS CAREMASK N95	México	AVANCE Y DISTRIBUCION PHARMACEUTIC A, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El licitante no entregó el informe de resultados de ensayo emitido por NYCE, Laboratorios que correspondiera con el lote de la muestra, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g), vi) del numeral 6.
6	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	OFICIO 163300C0205979 COMPROBANTE DE TRÁMITE 203300C0204010	AMA060420BFA	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	México	BIOMICS LAB MEXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El Informe de Resultados de Ensayo número NL-DM-046595 de NYCE Laboratorios, S.C. no esta a nombre del licitante y no se indican fotos del producto a evaluar, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y vi) respectivamente del numeral 6. El licitante presentó incompleta las muestras de la clave contenida en el documento denominado Claves con muestra, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso vi) del numeral 6.

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
		CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD						NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO					
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
7	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	0638C2020 SSA	BLM200122KD7	BIOMICS LAB	México	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3807	
8	2	060	621	0664	Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras. Resistente a fluidos, antiestático, hipolárgénico; ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire, con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza, desechable.	PZA	2	PZA	7,500,000	5,959,163	Fábrica de Calzado Garcís S.A. de C.V.	N/A	FCG14080BA74	MEDIMASK MM-004-E	México	BRANDS UNLIMITED S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3892	
9	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	CAJA C/50 PZS	28,037,509	11,215,004	INTERNACIONAL NEUTRACEUTICS COMPANY, S.A. DE C.V.	0757C2020SSA	INE19018CV6	CUBREBOCAS DE TRES CAPAS INTERCEUTICS	México	CALEISA S.A DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
10	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	CAJA C/20 PAQUETE S O PIEZAS	5,959,163	14,897,906	SONATA CALCETIN S.A. DE C.V.	0786C2020 SSA	SCA05031IF2	CUBREBOCAS CAREMASK N95	México	CALEISA S.A DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
11	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	IP INTERNACIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	0724C2020 SSA	IIT070821D87	CUBREBOCAS GLOBALCARE	México	CARDIOPACE, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3803	
12	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALEGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	351,200	876,000	QUÍMICA BINDEN S.A. DE C.V.	EN TRAMITE NO. DE FOLIO: 203300401A0253	QB1092004ER6	QBINDEN	México	CESAR ALFONSO FUENTES AGUIRRE	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El producto no satisface los requerimientos para la inspección por atributos al carecer del número de Registro Sanitario en la etiqueta del producto, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6. No presentó copia legible del Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.
13	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C2016	ID5061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La muestra recibida presenta dos etiquetas; una de ellas refiere una clave distinta a la requerida y en el etiquetado no refiere la marca del producto indicada en el Registro Sanitario, por lo que incumple con el requisito establecido en el anexo "Claves con muestra a evaluar 2020" y de acuerdo al inciso g) del numeral 6. Causales expresas de desechamiento del mencionado procedimiento.
14	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C2012SSA	DEG9807015H8	CUBREBOCAS DESECHABLE. PROTEC	México	COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANALOG S.A. DE C.V. Y MARMOLÉES ARCA S.A.P.I DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3823	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD							NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO					
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
15	6	060	066	1250	GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C201SSA	DEG980701SHB	GEL ANTIBACTERIAL, MARCA PROTEC	México	COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANALOG S.A. DE C.V. Y MARMOLES ARCA S.A.P.I DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	No presentó copia legible del Registro Sanitario 0586C201 SSA, mismo que viene referido en el etiquetado de la muestra recibida, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6. Se observa que el registro sanitario se integró en la propuesta técnica del licitante, sin embargo, no fue presentado como parte de los documentos a presentar en el proceso de recepción de muestras, como se solicitó en el numeral 2 del Anexo 2 "ANEXO TÉCNICO", por lo que no fue sujeto a inspección. Se observa que el registro sanitario se integró en la propuesta técnica del licitante, sin embargo, no fue presentado como parte de los documentos a presentar en el proceso de recepción de muestras, como se solicitó en el numeral 2 del Anexo 2 "ANEXO TÉCNICO", por lo que no fue sujeto a inspección.
16	6	060	066	1250	GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C201SSA	DEG980701SHB	GEL ANTIBACTERIAL, MARCA PROTEC	México	COMERCIALIZADORA GENESTAY SA DE CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
17	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C201SSA	DEG980701SHB	CUBREBOCAS DESECHABLE. PROTEC	México	COMERCIALIZADORA GENESTAY SA DE CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
18	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	NATURAL AESTHETICS SA DE CV	0803C2020SSA	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3822	
19	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 70%	FCO	120	ML	238,018	95,208	ABSARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	20330040100516 (NÚMERO SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL)	ACOTI07274K1	VLANC+PIUR	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	No presentó copia legible del Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6. LA muestra recibida no indica numero de registro Sanitario emitido por COFEPRIS, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
20	6	060	066	1250	GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ABSARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	20330040100516 (NÚMERO SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL)	ACOTI07274K1	VLANC+PIUR	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	No entregó copia del Registro Sanitario ni se indica el Número de Registro Sanitario en el etiquetado del producto, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w y x) del numeral 6.
21	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPREYSA, S.A. DE C.V.	2287C2017SSA	GRU1508061FO	CUBREBOCA PUSADO GRUPEYSA	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3833	
22	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Sapphire Denim, S.A. de C.V. Foliersiv, S.A. de C.V.	0852C2020 SSA 0734C2020 SSA	SDE-150420-3M2 FOL-831025-LL2	Cubre bocas Sapphire 3P Disposable Mask	México	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3804 Y 3805	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS				
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	CLAVE			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
		GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
23	1	060	621	656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	2	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C2020 SSA	ADE100928 V55	Arte en Denim	México	COMERCIALIZADORA TEXTOR S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El Registro Sanitario presentado para el producto que se oferta no ampara la marca que se indica en la etiqueta del envase primario del producto por lo que existe incumplimiento de acuerdo al numeral 6. Causales expresas de desechamiento, inciso w) del mencionado procedimiento.
24	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 99% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,959,163	Comercializadora Tivon SA de CV	NL-DM-081303	CT1100506FES		México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
25	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILES Y TERMOSELLADOS SA DE CV	086C2020SSA	TTE200505CV6	CUBREBOCA SQUIRURGICO THOR	México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
26	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 C/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE	PAR	1	PAR	20,287,192	8,114,877					México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
27	7	060	066	1268	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO 70%, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	16,613	6,646		FFCOFEPRI5-02	GAA080502U L2		México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
28	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	CONFECCIONES CARFRAN S.A. DE C.V.	1191C2020 SSA NO DE SOLICITUD 203301041010388	CCAL30123410	CARFRAN	México	CONFECCIONES CARFRAN S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La muestra recibida no indica la razón social del fabricante, la cual de acuerdo a lo declarado en la copia del Registro Sanitario No. 1191C2020 SSA recibido, corresponde a Confecciones Carfran, S.A. de C.V., razón social que no se identifica en ninguna parte del etiquetado, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
29	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C2016SSA	ID5061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 61 2070/DMC/3801	La muestra recibida presenta dos etiquetas, una de ellas refiere una clave distinta a la requerida y en el etiquetado no refiere la marca del producto indicada en el Registro Sanitario, por lo que incumple con el requisito establecido en el anexo "Claves con muestra a evaluar 2020" y de acuerdo al inciso g) y x) del numeral 6. Causales expresas de desechamiento del mencionado procedimiento.
30	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	20,000,000	11,215,004	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL	0536C2020 SSA	CPT0006075M2	CUBREBOCAS COPROTEx	México	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3830	
31	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 C/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE	PAR	1	PAR	12,000,000	8,114,877	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL	0957C2020 SSA	CPT0006075M2	ROPA QUIRURGICA COPORTEx	México	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3838	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
32	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PIEZ A	1	PIEZ A	28,037,509	14' 100,000	SAPPHIRE DENIM, S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDE1504203M2	CUBREBOCAS SAPPHIRE	México	DERENTA S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La copia recibida del Registro Sanitario 0852C2020 SSA que ostenta el producto, no ampara la denominación distintiva y/o marca indicada en el etiquetado del producto, por lo cual no se puede asociar a la muestra recibida, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso vi) del numeral 6. La muestra recibida no indica la razón social del fabricante ni la fecha de caducidad, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
33	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	NATURAL AESTHETICS SA DE CV	0803C2020 SSA	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3839	
34	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28' 037,509	11' 215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE RL. DE C.V.	0838C2020	ACM170602BQ6	MASKLIFE	México	DISTRIBUIDORA DE FARMACEUTICOS COMELUURMA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La denominación distintiva (Masklife) que ampara la copia del Registro Sanitario 0838C2020 SSA, no se identifica en el etiquetado del producto, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y vi) del numeral 6.
35	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	TEXTILES Y TERMOSELLADOS, S.A. DE C.V.	0673C2020 SSA	TTE200505CV6	CUBREBOCAS THOR	México	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPORAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El licitante entregó muestra de diez lotes diferentes para esta partida, identificando que para todas las muestras no se adjunto documento del Registro Sanitario declarado en el etiquetado de la muestra: 0863C2020 SSA, siendo otro Registro Sanitario entregado en la COCTI y en su propuesta técnica (0673C2020 SSA). Lo anterior es causal de desechamiento de acuerdo al numeral vi) del inciso 6 de la convocatoria
36	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	10,000	BAGJI TAIDAKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	N/A	N/A	KN95 RESPIRADOR DESECHABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO	REPÚBLICA POPULAR CHINA	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
37	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL. MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	3,000,000	1,000,000	EE PRINT PACK, S. DE R. L. DE C.V.	0390C2020	CPM07012HPO	CUBRE BOCA QUIRURGICO DESECHABLE PROT GM	México	EE PRINT PACK, S. DE R. L. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
38	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	COTEPLAST S.A. DE C.V	0419C2020SSA	COT16051EX2	COT-GEL	México	EMPAQUES U-PACK S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El licitante solo entrego un envase de un litro, incumpliendo con el requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, de acuerdo con el tamaño de muestra debió entregar dos envases de un litro, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo con el inciso vi) del numeral 6.
39	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	BEST TRADING, S.A. DE C.V.	0581C2020SSA	BTRO40330CPA	MASCARILLA PROTECTOR KN95 BEST TRADING	CHINA	EQUIVER S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No se recibió copia legible de la certificación de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009 emitida por Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE), ni carta de NYCE Laboratorios, en la que se declare que la empresa fabricante del respirador se encuentre en dicho proceso, solo se recibieron 5 piezas, aunque se solicitaron 30 piezas en el Anexo 1 "Claves con muestra", en el etiquetado del empaque primario y en el Certificado inserto se indica la leyenda "No recomendado para uso médico (o alusivos)", el protector respiratorio NO es con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza, como se indica en el Anexo 1 Requerimiento, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos i), vi), w) y x) del numeral 6).

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS				
		CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO				
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI	
40	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO. PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	0872C2020SSA	ECO061122ZF78	CUBREOCAS ECODELI	México	EQUIVER S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3831		
41	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	EN TRAMITE NO DE ENTRADA	ECO061122ZF78	LIMPIEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL AL 70%	México	EQUIVER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No presentó copia legible del Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) y g) del numeral 6.	
42	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO. PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	100	PZA	8,000,000	5,959,163	ESPUMADOS ABSA S.A. DE CV	203300506A0376	EAB940223F81	Cubre bocas	México	ESPUMADOS ABSA S.A. DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La etiqueta del producto carece del número de Registro Sanitario, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6. No presentó documento del Registro Sanitario (adjunto aviso de funcionamiento), requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.	
43	2	060	621	0664	"PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE."	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	Estereoscopia Digital S.A de C.V.	NL-DM-079634	EDI150303P71	Respirador de Media Cara KN95 de 4 Capas de Filtrado	México	Estereoscopia Digital S.A de C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El protector respiratorio NO es con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza, como se indica en el Anexo 1 Requerimiento. No se recibió copia legible de la certificación de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009 emitida por Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE), ni carta de NYCE Laboratorios, en la que se declare que la empresa fabricante del respirador se encuentre en dicho proceso. Siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos i) y w) del numeral 6.	
44	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO. PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Estereoscopia Digital S.A de C.V.	1502C2020 SSA	EDI150303P71	Cubrebocas Tres Capas Estereoscopia Digital	México	Estereoscopia Digital S.A de C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3816		
45	1	3E+07	060	62121	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO. PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CICNA FARMEX S. DE R.L. DE C.V.	0674C2020 SSA	CFA180122IA	WEGUARD	México	ETHOMEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El domicilio del fabricante del empaque primario no coincide con el domicilio de la copia del Registro Sanitario. 0852C2020 SSA, así como el Registro Sanitario indicado en el empaque primario del producto refiere información incompleta (0852C2020 SSA), siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.	
46	2	210018	060	621	"PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE"	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	SAPPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDE150420M2	Cubrebocas Sapphire	México	ETHOMEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No se recibió informe de resultados de ensayo bajo el protocolo IMSS, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) y x) del numeral 6.	
47	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 C/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE	PAR	1	PAR	10,143,596	8,114,877	B & MED S.A. DE C.V.	1780C2018 SSA	BBM071015BVS	BOTA QUIRURGICA DESECHABLE B & MED	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3835		
48	1	060	621	0656	"CUBREBOCAS QUIRURGICO" CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO. PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020 SSA	CX0180827P12	SANITEK PRO	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3809		

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA														EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS						
CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD						NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO						
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
49	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020 SSA	GXX180827P12	SANITEK PRO N95	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	Se recibió informe de resultados de ensayo NYCE pero no bajo el protocolo IM55, el protector respiratorio NO es con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza, como se indica en el Anexo 1 Requerimiento, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos v) y x) del numeral 6).
50	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE. CUBREBOCAS DE USO GENERAL, CON TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, FABRICADO CON TELA DE POLIPROPILENO NO TEJIDA SMS, DE SUPERFICIE SUAVE, THERMO-SELLADO, PLUSADO, CON BANDAS ELASTICAS DE SUJECION A LA OREJA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, DIMENSIONES DE 17.0 X 9.0 CM. DESECHABLE, NO ESTERIL, PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	50	CAJA	28,037,509	11,215,004	FOLISERVIS, S.A. DE C.V.	0734C2020 SSA	FOL-831025-LL2	3P DISPOSABLE MASK	México	FOLISERVIS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3807	
51	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GALIA TEXTIL S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	GTE-840618-177	GALIA	México	GALIA TEXTIL S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3891	
52	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	2,037,509	11,215,004	SUBLITREX, S.A. DE C.V.	0727C2020 SSA	SUB120824T10	CUBREBOCAS SUBLITREX	México	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3810	Los resultados del estudio al que fue sometido el producto entregado por el licitante fueron de incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad, siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y x) del numeral 6 de la convocatoria.
53	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	0393C2020 SSA	GVE160725-411	CUBREBOCAS QUIRURGICO GERD YERIK	México	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, LA DOCUMENTACIÓN Y MUESTRA SE PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La documentación y muestra entregada por el licitante se efectuó posterior al plazo establecido, de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TÉCNICO" (01 de diciembre de 2020), razón por la cual no fue sujeta a evaluación técnico-documental, siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso v) y w)
54	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C2010SSA	DEG980701SH8	GEL ANTIBACTERIAL MARCA PROTEC	México	GREEN RAY MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	Se recibió solo una hoja del Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso n) y w) del numeral 6. Se observa que el registro sanitario se integró en la propuesta técnica del licitante, sin embargo, no fue presentado como parte de los documentos a presentar en el proceso de recepción de muestras, como se solicitó en el numeral 2 del Anexo 2 "ANEXO TÉCNICO", por lo que no fue sujeto a inspección.
55	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C2012SSA	DEG980701SH8	CUBREBOCAS DESECHABLE PROTEC	México	GREEN RAY MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3843	
56	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020SSA	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	SANITEKPRO	México	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3848	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
	CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD							NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO					
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
57	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISEPTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	NYC2002CO200208	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	SANITEKPRO MODELO SANITEKPRO N95	México	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	El licitante entregó un informe de ensayo emitido por Nycce Laboratorios que que no ampara el lote de la muestra recibida. De acuerdo a los requisitos declarados en el Anexo denominado Claves con muestra a evaluar 2020, correspondiente al procedimiento LA-050CVR047-ETI1-2020 para la Adquisición de Claves del Grupo 060 Material de Curación. La muestra no satisface los requerimientos del anexo claves con muestras, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso G) W) del numeral 6.
58	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C20020SSA	ADE100928V55	ADN+HEALTH	México	GRUPO COMERCIAL OCMAP S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	La copia recibida del Registro Sanitario 0895C2020 SSA que ostenta el producto, no ampara la denominación distintiva y/o marca indicada en el etiquetado de la muestra recibida, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.
59	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0688C20020SSA	BLM200122KD7	BIOMICS LAB	México	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	La muestra de producto entregada por el licitante declara en su etiquetado el número de Registro Sanitario 06382020 SSA del cual no adjuntó copia. Se observa que el licitante integró como parte de su propuesta técnica un registro sanitario diferente al ofertado y declarado en el etiquetado de la muestra entregada en la COCTI (0673C2017 SSA), siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.
60	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISEPTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	OFICIO 163300C020579 COMPROBANTE DE TRÁMITE 203300C0204010	AMA0600420BFA	AP MASCARILLAS, S.A. DE C.V.	México	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	No presenta la cantidad de muestras solicitadas en el anexo claves con muestra indica 30 y presentan 25 respiradores, por lo cual esta incumpliendo en el numeral 6 del inciso v). De acuerdo a lo observado y a lo revisado en la información documental de la muestra presentada de desacimiento en el Anexo 2 "Claves con muestra" a evaluar 2020, la muestra no fue presentada en el envase de venta original (INVOLADO) y que tenga la información mínima que permita asociarlo a la documentación requerida, no presenta el informe de resultados de ensayo que debe incluir el número de lote, nombre de la empresa fabricante, marca modelo y cualquier otro dato que permita asociar los resultados que se emitan con el respirador específico. Por lo cual es incumpliendo del inciso G) y W), numeral 6.
61	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO APLICA (OFICIO COFEPRIS 163300C020579 DE 12 DE ENERO DE 2017)	AMA0600420BFA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE MODELO AP M 10, MASCARILLAS CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO EMPLEADO COMO UN MEDIO DE SEGURIDAD PERSONAL	México	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIO GEHCS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	El envase secundario presenta dos contraetiquetas con la información del número de lote distinto (310875 y L310875), incumpliendo con el inciso g) del numeral 6. La muestra recibida NO hace referencia al protocolo IMSS. NO SE OMITI MENCIONAR QUE EL PRODUCTO RECIBIDO NO ES FUNCIONAL TODA VEZ QUE PRESENTA DEFECTOS QUE PODIERA AFECTAR AL USUARIO DADO QUE LAS CAPAS DE FILTRADO SE ENCUENTRAN DESPRENDIDAS.
62	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	7,448,953					GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	El licitante no entregó muestra ni documentación en las instalaciones de la COCTI, como se solicitó en el numeral 2 del Anexo 2 ANEXO TÉCNICO, siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso v) y w) del numeral 6 de la convocatoria.	
63	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,300,000	14,020,000	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S. DE R.L. DE C.V.	0950C20020SSA	GFH200061IT80	Cubre bocas desechable 3 PC (marca cubrebocas sustentabilia TOLTECAS T-2505)	México	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	El Registro Sanitario presentado para el producto que se oferta está incompleto y no ampara la marca que se indica en la etiqueta del envase primario del producto por lo que existe incumplimiento de acuerdo al numeral 6. Causales expresas de desechamiento, incisos g) y w) del mencionado procedimiento.

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACION DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS					
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	CLAVE			DESCRIPCION	PRESENTACION			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAIS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
		GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
64	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS R&M SA DE CV	056C200205SA	PQF15031343	PBL	México	GRUPO HOSPITALET, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3801	Presenta una muestra refiriendo dos números de lote (etiquetado de origen 9509362052 y contraetiqueta 951482055), por lo que no se puede definir si la documentación recibida, Informe de Resultados de Ensayo NYCE No. NL-DM-079767 con fecha de emisión del 2 de septiembre de 2020 a nombre de PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEÚTICOS RM, S. A. DE C. V., correspondía a la muestra que nos acontece y No presentó el Informe de Resultados de Ensayo NYCE especificando el lote y el fabricante del producto en evaluación, requisitos referidos en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6.
65	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GUANGZHOU POWECOM LABOR INSURANCE SUPPLIES CO.	NO APLICA	NO APLICA	MARCA POWECOM MODELO KN95	CHINA	GRUPO SABIO, S.A DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3801	El licitante participó con muestra de dos lotes de la misma marca-fabricante (SL202002 y SL202003), identificando las siguientes inconsistencias: - SL202002 - Las imágenes recibidas del respirador en el informe de resultados de Ensayo de NYCE, LABORATORIOS, S.C NL-DM-079959 no permiten visualizar claramente el anexo fotográfico, mismo que es utilizado para verificar que el respirador recibido cuente con las mismas características del respirador evaluado por NYCE Laboratorios S.C., así mismo el empaque secundario del respirador recibido no es el mismo empaque indicado en el Informe de resultados de Ensayo de NYCE, LABORATORIOS, S.C NL-DM-079959. No se recibe Informe de Resultados de Ensayo de NYCE Laboratorios, S.C correspondiente al lote entregado. - SL202003 - Presenta una muestra refiriendo dos números de lote (etiquetado de origen SL202003 y contraetiqueta SL202002), por lo que existe incumplimiento con los requisitos referidos en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2020. Lo anterior es causal de desechamiento de acuerdo al
66	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE. CUBREBOCA ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PUSADO, TERMOSELLADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE DE ACERO CUBIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MASCARILLA, IMPERMEABLE A LIQUIDOS, RESISTENTE A FLUIDOS, PERMEABLE AL AIRE, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE, DESECHABLE, NO ESTERIL, USO PARA ADULTO	PZA	1	PZA	14,100,000	5,600,000	CYRIDERM ASTHETICS, S.A. DE C.V.	096C200205SA	CAE150302MT2	CIRUDERM TRICAPA	México	GRUPO TECNOLÓGICO VERANA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	Cumple	09 A3 6161 2070/DMCJ/3828	
67	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS R&M SA DE CV	056C200205SA	PQF15031343	PBL	México	GRUPO TRES R TERMOTÉCNICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3801	Presenta una muestra refiriendo dos números de lote (etiquetado de origen 9509362052 y contraetiqueta 951482055), por lo que no se puede definir si la documentación recibida, Informe de Resultados de Ensayo NYCE No. NL-DM-079767 con fecha de emisión del 2 de septiembre de 2020 a nombre de PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEÚTICOS RM, S. A. DE C. V., correspondía a la muestra que nos acontece y No presentó el Informe de Resultados de Ensayo NYCE especificando el lote y el fabricante del producto en evaluación, requisitos referidos en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6.
68	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	GUTMAN PRESS, S DE RL DE CV	0723C200205SA	GPR171086F0	ROXOR	México	GUTMAN PRESS, S DE RL DE CV	CUMPLE	Cumple	09 A3 6161 2070/DMCJ/3815	
69	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GVS FILTER TECHNOLOGY	N10SH TC-84A-9M	GFT90328GM4	N31000	México	GVS FILTER TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3801	No presentó el Informe de Resultados de Ensayo NYCE especificando el lote y el ofertante del producto en evaluación, requisitos referidos en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6.

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
70	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO MARCA TRIMASK95 ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,020,000	11,215,004	HELÉNICA, S.A. DE C.V.	0926C2020 SSA	HEL-990306-PE3	TRIMASK95	México	HELÉNICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3829	
71	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	Best Trading, S.A. De C.V.	0581C2020 SSA	BTR 040330 CPA	Mascarilla protectora KN95 Best Trading	China	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No corresponde a la Descripción solicitada en la convocatoria de licitación ya que se requiere con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza y la muestra recibida presenta elástico retroauricular. El licitante no presentó copia legible de la certificación de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009, expedido por el organismo: Normalización y Certificación Electrónica A.C. "NYCE" o expedido por NIOSH La muestra recibida indica la leyenda: No recomendado para uso médico. Siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos v) y x) del numeral 6.
72	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Ecodeli comercial, S.A. de C.V.	0872C2020 SSA	ECO 06122F7B	Cubre bocas Ecodeli	México	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3818	
73	6	060	066	1250	GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO MÍNIMO AL 70 % W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGÉNICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	Ecodeli comercial, S.A. de C.V.	En trámite no de entarda	ECO 06122F7B	Limpier alcohol antibacterial al 70%	México	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No se recibe copia del Registro sanitario del producto, así como tampoco se refiere el Registro Sanitario en el etiquetado del producto Sólo se recibe un envase, debiendo ser dos envases. La muestra recibida no indica número de Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y v) del numeral 6. El licitante presentó incompleta las muestras de la clave contenida en el documento denominado Claves con muestra, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso v) del numeral 6.
74	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENCIA A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE RETROAURICULAR, DESECHABLE, MARCA: KAPER; PAÍS DE ORIGEN: CHINA, FABRICANTE: GUANGDONG KAPER PROTECTION TECHNOLOGY CO. LTD.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GUANGDONG KAPER PROTECTION TECHNOLOGY CO. LTD.	D.O.F.	IME040414X9	MASCARILLA KN95	CHINA	IMEDIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTO MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
75	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	QURATEX, S.A. DE C.V.	0573C2020 SSA No. DE SOLICITUD 2033014010085	QUR13014M93	Clasi-K	México	INDALJIM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3813	
76	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILES Y TERMOSSELLADOS S.A. DE C.V.	0863C2020 SSA	TTE 200505CV6	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO THOR	México	INDIMEX TRADING S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No se recibe copia del Registro Sanitario 0673C2020 SSA, registro declarado en el etiquetado de la muestra recibida, por lo que existe incumplimiento de acuerdo al numeral 6. Causales Expres de desechamiento incisos g) y v) del mencionado procedimiento. Se observa que el licitante integró otro registro sanitario en su propuesta técnica (0863C2020 SSA).
77	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO MÍNIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	COMERCIAL DE MERCANCÍAS SELECTAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	CMS707040B A9	AG	México	INDIMEX TRADING S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El producto no satisface los requerimientos para la inspección por atributos al carecer del número de Registro Sanitario en la etiqueta del producto, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6. No presentó copia legible del Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso v) del numeral 6.

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
78	2	060	621	0664	PORTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	BUILD YOUR DREAMS BUSSES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	T228C2020 SSA	BYD1305154TA	MASCARILLA TIPO RESPIRADOR N95 MARCA BYD	CHINA	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No presentó la cantidad de muestra requerida en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso v) del numeral 6. No presentó copia de Informe de Resultado de Ensayo emitido por NYCE LABORATORIOS, S.C., para el licitante en cuestión, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.
79	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	COMERCIALIZADORE BREVER, S.A. DE C.V.	T208C2015 SSA	CBR 0203194T4	CUBREBOCA PROFESIONAL QUIRÚRGICO BREVER	México	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La denominación distintiva (Brever) que ampara la copia del Registro Sanitario T208C2015 SSA (no vigente) que ostenta el producto, no se identifica en el etiquetado del mismo. Aunado a esto, se recibe copia de solicitud de prórroga de registro sanitario sin el formato denominado "Autorizaciones, Certificados y Visitas" (FF-COFEPRIS) solicitada, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6. La muestra recibida no indica denominación distintiva y (o) marca, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
80	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	COSMEDYM, S.A. DE C.V./METRIKA STUDIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0693C2020 SSA/0948C2020 SSA	COS1021THR7/ KIM0002289M1	YVMAX/M MEDICAL	México	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, LA DOCUMENTACIÓN Y MUESTRA SE PRESENTÓ DE MANERA EXTEMPORÁNEA.	NO CUMPLE	09 A3 61 2070/DMC/3801	NO CUMPLE, EL LICITANTE CUENTA CON ACUSE DE DOCUMENTACIÓN Y MUESTRA ENTREGADA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO (01 DE DICIEMBRE DE 2020), Y QUE CORRESPONDE ÚNICAMENTE A MUESTRA DE UNO DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE OFERTA EL MISMO (0693C2020 SSA). POR LO ANTERIOR, EL LICITANTE NO ENTREGÓ MUESTRA NI DOCUMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA COCTI, COMO SE SOLICITÓ EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, SIENDO CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE ACUERDO AL INCISO V) Y VI) DEL NUMERAL 6 DE LA CONVOCATORIA.
81	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PIEZA	25	CAJA CARTON	28,037,509	11,215,004	COSMEDYM S.A. DE C.V.	0693C2020	COS1021THR7	CUBREBOCAS DE TELA YVMAX	México	INTERNACIONAL SEWING COMPANY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3874	
82	3	060	130	0015	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTISTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN, DESECHABLE.	PAR	25	BOLSAS DE 25 PARES	20,287,192	8,114,877	COSMEDYM S.A. DE C.V.	NO SE REQUIERE	COS1021THR7	BOTAS QUIRÚRGICAS DE TELA NO TEJIDA-ISCO B	México	INTERNACIONAL SEWING COMPANY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El Registro Sanitario presentado no ampara al producto ofertado ya que físicamente se recibió una bota y el Registro Sanitario número 0693C2020 SSA corresponde a un cubrebocas por lo que la presente muestra no será sujeta a las pruebas de laboratorio declaradas en el Anexo denominado Claves con muestra a evaluar 2020, correspondiente al procedimiento Convocatoria Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica LA-050CVR047-ETI-2020 ya que existe incumplimiento con los requisitos establecidos en el numeral 6. Causales expresas de desechamiento, inciso w) del mencionado procedimiento; por lo que se emitirá respuesta en ese sentido. La etiqueta de la muestra recibida presenta un número de Registro Sanitario que no corresponde a la muestra recibida según el Documento recibido (Registro Sanitario).
83	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Sapphire Denim S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDE150420M2	Cubrebocas Sapphire	México	IRENE MÉXICO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
84	6	060	066	1250	GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO MÍNIMO AL 70% V/V, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGÉNICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	440,000	440,000	Key Química S.A. de C.V.	0199C2019 SSA	KQU691016XS	KEY DERMOWIPE	México	KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3873	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS				
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
85	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, 3) PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, 3) RESISTENTE A FLUIDOS, 4) ANTIESTATICO, 5) HIPOALERGENICO, 6) AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, 7) CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, 8) DESECHABLE	Pza	1	Pza	14,897,906	5,959,163	Best Trading, S.A. de C.V.	0581C2020 SSA	BTR040330CPA	Macarilla protectora KN95 Best Trading	China	LABCARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	denominado "CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR 2020" para la clave en cuestión (30 piezas); se recibe únicamente un envase con 5 piezas. Se identifican las leyendas "No recomendado para uso médico" y "non-medical". En el inserto se identifica la leyenda "Style: Ear loop", mientras que la descripción referida en el "ACUSE DE RECIBO DE MUESTRA, SUSTANCIAS DE REFERENCIA, REACTIVOS Y DOCUMENTACIÓN", refiere para esta clave "...CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA...". No se recibe certificación vigente de acuerdo a la NOM-116-SRPS-2009 o Certificación Niosh. El Informe de Resultados de Ensayo emitido por NYCE, Laboratorios, S.C. no se encuentra emitido a la empresa que entregara la presente muestra, lo anterior es causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g), l), v) y w) del numeral 6.
86	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO 2: CUBREBOCAS QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, 3) CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, 4) RESISTENTE A FLUIDOS, 5) ANTIESTATICO, 6) HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, 7) DESECHABLE	Pza	1	Pza	28,037,509	11,215,004	Ecodell Comercial S.A. de C.V.	0872C2020 SSA	ECO06122F78	Cubrebocas Ecodell	México	LABCARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3814	
87	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, 2) FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, 3)ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO, 4) ENVASE DE 950 ML. A 1 LITRO INTEGRADO SI CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	Env	1	Lto	878,000	351,200	Ecodell Comercial S.A. de C.V.	En trámite No de entarda	ECO06122F78	Limpiei alcohol antibacterial al 70%	México	LABCARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
88	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	N/A	N/A	N/A	N/A	China	LATIN AIR SEA WORLDWIDE S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE, FUE PRESENTADO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La documentación y muestra entregada por el licitante se efectuó posterior al plazo establecido, de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TÉCNICO" (01 de diciembre de 2020), razón por la cual no fue sujeta a evaluación técnico-documental, siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso v) y w)
89	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SHANABELL	México	LOGISTICA LABORAL Y EMPRESARIAL, S.C.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No presentó el Informe de Resultados de Ensayo NYCE especificando el lote y el ofertante del producto en evaluación, requisitos referidos en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6.
90	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C2020 SSA	CPT000607SM2	CUBRECOCAS COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La etiqueta de la muestra recibida no indica la denominación distintiva y (o) marca "COPROTEX", indicada en el Registro sanitario No. 0536C2020 SSA, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
91	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PAR	1	PAR	7,448,953	2,979,582	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C2020 SSA	CPT000607SM2	CUBRECOCAS COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El Informe de Resultados de Ensayo número NL-DM-081248 de NYCE Laboratorios, S.C. no esta a nombre del licitante, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6. No se recibe Informe de Resultados de Ensayo de NYCE Laboratorios, S.C correspondiente al lote entregado, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6.
92	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	10,143,596	4,057,439	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0975C2020 SSA	CPT000607SM2	ROPA QUIRURGICA COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3820	
93	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MANUFACTURAS UNIVERSO S.A. DE C.V.	0553C2020SSA	MUN85031H1A	CUBREBOCAS MUSA	México	MANUFACTURAS UNIVERSO S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3802	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS				
	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO				
CO N SE C U T I V O	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI	
94	1	060	621	0656	CUBREBOCA QUIRURGICO TRICAPRA SMS TERMISELLADO CON AJUSTE NASAL AJUSTABLE ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, 100% POLIPROPILENO, PLUSADO, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, DESECHABLE CON BANDAS PARA SUJECION EN LAS OREJAS	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C20205SA	ADE100928V55	ADN	México	MATTE BRANDING S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	El Registro Sanitario presentado para el producto que se oferta no ampara la marca que se indica en la etiqueta del envase primario así como en la solicitud de análisis y acuse de recibo de muestras del producto, Además el envase presenta la leyenda "...no apto para uso quirúrgico" por lo que existe incumplimiento, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6.	
95	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 AIR PRO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.		AMA060420BFA	AP	México	MATTE BRANDING S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	No presentó la cantidad de muestra requerida y el Informe de Resultados de Ensayo NYCE correspondiente al lote entregado, requisitos referidos en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos v) y w) del numeral 6.	
96	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL, ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	Comercial de Mercancias Selectas de Guadalajara S.A. de C.V.	201403506A0079 (20010856	CM570704BA9	AG GEL ANTIBACTERIAL con Humectante	México	MATTE BRANDING S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	El Registro Sanitario presentado para el producto que se oferta no ampara la marca que se indica en la etiqueta del envase primario así como en la solicitud de análisis y acuse de recibo de muestras del producto, Además el envase presenta la leyenda "...no apto para uso quirúrgico" por lo que existe incumplimiento, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6.	
97	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	3M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ESTADOS UNIDOS	MAYNARD INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS		
98	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 70%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	1783C2012 SSA	LAJ870102KE4	GEL ANTIBACTERIAL JALOMA	México	MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3846		
99	1	060	621	0656	CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE PRESENTACION PROPUESTA CAJA 2020-05-20B245	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MEDEVOLUTION SAPIDE C.V.	0782C20205SA	MEV-150219-DY0	MEDEVOLUTION MASK	México	MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3812		
100	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	NATURAL AESTHETICS S.A. DE C.V.	0803C20205SA	NAE070126X00	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	MERCADAM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3811		
101	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL, ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	NO APLICA SEGUN ACUERDO DEL DOF DEL 22 DE DIC. DE 2014	MEX911126N67	QPQ	MÉXICO	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	No se indica el Número de Registro Sanitario en el etiquetado del producto. La fecha de caducidad ostentada en el etiquetado del envase es 28/NOV/2020 por lo cual el producto recibido ya está caducado y se puede percibir que el dato del año está remarcado con plumón a 2021. siendo lo anterior causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6.	
102	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	NO APLICA SEGUN ACUERDO DEL DOF DEL 22 DE DIC. DE 2014	MEX911126N67	QPQ	MÉXICO	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	No cumple	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	Como fecha de caducidad en el etiquetado se identifica: 28/NOV/2020 mediante una contra etiqueta con letra muy pequeña y se puede percibir que el dato del año está remarcado con plumón a 2021 No presento copia legible del Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6. La muestra recibida no indica numero de registro Sanitario emitido por COFEPRIS, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
		CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
103	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	SERVICIOS Y MANUFACTURAS MAGALLANES, S.A. DE C.V.	1172C20205SA	SMM130124D96	CUBREBOCAS ADULTO MAGALLANES	México	MICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La etiqueta de la muestra recibida no indica la denominación distintiva y/o) marca "MAGALLANES", indicada en el Registro sanitario No. 1172C2020 SSA, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6. De acuerdo con lo indicado en el numeral 2 del requisito establecido en el Anexo 2 Anexo Técnico Claves Grupo 060, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
104	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	HERA APPAREL S.A. DE C.V.	0447C20205SA	HAP0612141YA	CUBREBOCAS HERA	México	MULTIEQUIPOS Y MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, SE PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN Y MUESTRA DE MANERA EXTEMPORÁNEA	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La documentación y muestra entregada por el licitante se efectuó posterior al plazo establecido, de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TÉCNICO" (01 de diciembre de 2020), razón por la cual no fue sujeta a evaluación técnico-documental, siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso v) y w)
105	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	14,299,130	Internacional Neutraceuticals Company S.A. de C.V.	0757C20205SA	INE1901BCV6	Cubre bocas de tres capas interceutics	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3894	
106	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS.	PZA	1	PZA	7,746,911	7,597,932	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No se recibe Certificación vigente de acuerdo a la NOM-116-SRPS-2009 o Certificación Nosh, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g) y w) del numeral 6. No se recibe Informe de Resultados de Ensayo emitido por NYCE, Laboratorios, S.C., siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g) y w) del numeral 6.
107	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	TROPICOSMETICOS, S.A. DE C.V.	1506C2020 SSA	TRO050210QSO	GEL ANTIBACTERIAL BRITZ	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El producto evaluado presenta registro Sanitario indica para el campo de CADUCIDAD, que se le otorga un plazo tentativo de 24 meses, a presentar los resultados correspondientes del estudio de estabilidad en tiempo real, sin embargo la muestra indica una caducidad de 04/2023, por lo que incumple con los requisitos indicados en el Anexo 1 denominado Claves con muestra a evaluar: 2020, correspondiente al procedimiento de Licitación LA-050CVR047-E11-2020, para la Adquisición de Claves del Grupo 060 Material de Curación, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos v) y x) del numeral 6 del presente procedimiento
108	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	N/A	AMA0600420BF8A	AP	México	ONCOFEM S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El licitante no entregó el informe de resultados de ensayo emitido por NYCE, Laboratorios que correspondiera con el lote de la muestra, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g), w) del numeral 6. El licitante solo entregó un 25 piezas, incumpliendo con el requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, de acuerdo con el tamaño de muestra debió entregar 30 piezas, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo con el inciso v) del numeral 6.
109	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE UNITALLA	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C20205SA	ADE100928V55	ADN	México	ONCOFEM S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El Registro Sanitario presentado para el producto que se oferta no ampara la marca que se indica en la etiqueta del envase primario del producto por lo que existe incumplimiento de acuerdo al numeral 6. Causales expresas de desechamiento, inciso w) del mencionado procedimiento.
110	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,500,000	11,215,004	RG NEGOCIOS DINAMICOS S. DE R.L. DE C.V.	0396C20205SA	RND070829KQA	CUP07 PROTEKIA	México	ORTHOPEDECS ORIGIN AND EVOLUTION S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La etiqueta del producto no satisface los requerimientos para la inspección por atributos al carecer de lo siguiente: Denominación genérica, denominación distintiva, datos del fabricante y país de origen, requisitos establecidos en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.

CO NSE CUT IVO	DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS				
	CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
111	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	CARLOS MONTENEGRO CASTRO	1460C20205SA	MOCC340306AU4	GEL ANTIBACTERIAL 4YOUR SAFETY	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
112	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	CARLOS MONTENEGRO CASTRO	1460C20205SA	MOCC340306AU4	GEL ANTIBACTERIAL 4YOUR SAFETY	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
113	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	08B8C20205SA	OAN1304029B4	CUBREBOCAS QUIRURGICO LIFE	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTÓ MUESTRAS NI DOCUMENTACIÓN POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS NI DOCUMENTACIÓN POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
114	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 C/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUECION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	20,287,192	8,114,877	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	0974C20205SA	OAN1304029B4	ROPA QUIRURGICA DESECALE LIFE	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTÓ MUESTRAS NI DOCUMENTACIÓN POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS NI DOCUMENTACIÓN POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
115	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRYM INIVAN MEXICO S.A. DE C.V.	HYC2002C0Z020208	PFM710504GTS	RESPIRADOR DE MEDIA CARA	China	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
116	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,754.50	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C20165SA	ID5061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	PRODUCTOS MEDICOS Y MATERIALES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3841	
117	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C20165SA	ID5061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	PROFESIONAL PHARMACY, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	La muestra recibida presenta dos etiquetas; una de ellas refiere una clave distinta a la requerida y en el etiquetado no refiere la marca del producto indicada en el Registro Sanitario, por lo que incumple con el requisito establecido en el anexo "Claves con muestra a evaluar 2020" y de acuerdo al inciso g) del numeral 6. Causales expresas de desahucio del mencionado procedimiento.
118	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	Pieza	30	Caja	7,448,953	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO APLICA	AMA06004208FA	AP MASCARILLAS	México	PROTECCIÓN INFINITA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
119	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE	PZA	1	PZA	2,000,000	2,000,000	NEOGLIS S.A. DE C.V.	1092C20205SA	NEO130619ECS	MASCARILLA QUIRURGICA NEOGLIS	México	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070(DMC)/3801	No presenta la cantidad de muestras solicitadas en el anexo claves con muestra indica 30 y presentan 25 respiradores, por lo cual esta incumpliendo en el numeral 6 del inciso v). De acuerdo a lo observado y a lo revisado en la información documental de la muestra presentada de desahucio en el Anexo 2 "Claves con muestra" a evaluar 2020, la muestra no fue presentada en el envase de venta original INVOLADO y que tenga la información mínima que permita asociarlo a la documentación requerida, no presenta el informe de resultados de ensayo que debe incluir el número de lote, nombre de la empresa fabricante, marca modelo y cualquier otro dato que permita asociar los resultados que se emitan con el respirador específico. Por lo cual se incumpliendo del inciso c) y w), numeral 6.

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
120	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	SAPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C2020SSA	SDE150420JM2	Cubre bocas Sapphire	México	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 61 2070/DMC1/3824	
121	1	3E+07	060	621	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CIGNA FARMEX, S. DE R.L. DE C.V.	0674C2020SSA	CFA1801122IA	WEGUARD	México	PROVEEDORA, ABASTECIMIENTO Y EQUIPO LA REPÚBLICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC1/3801	No presentó documento del Registro Sanitario 085C2020 SSA, mismo que viene referido en el etiquetado de la muestra recibida, asimismo se identifica que en el escrito del licitante indicó como denominación distintiva y(o) marca "SAPHIRE", siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), w) y x) del numeral 6. Se observa que el licitante refirió en su propuesta de manera invertida el número de Registro Sanitario del cubrebocas y el protector respiratorio.
122	2	2E+07	060	621	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	SAPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C2020SSA	SDE150420JM2	Cubre bocas Sapphire	México	PROVEEDORA, ABASTECIMIENTO Y EQUIPO LA REPÚBLICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC1/3801	No presentó el Informe de Resultados de Ensayo NYCE especificando el lote y el fabricante del producto en evaluación, requisitos referidos en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos w) y x) del numeral 6. Se observa que el licitante refirió en su propuesta de manera invertida el número de Registro Sanitario del cubrebocas y el protector respiratorio.
123	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	FUJIAN SHANE TEXTILE Co. Ltd	1269C2020		MASCARILLA DESECHABLE SANWO	China	RBC QUÍMICA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
124	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	PROMEXCOMWORLD PROMOTIONALS S.A. DE C.V.	0669C2020	PWP1207028BV5	CUBREBOCAS WORLD PROMOTIONALS	México	RBC QUÍMICA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTÓ MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
125	1	060	621	0698	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON TRES CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	Blomics Lab México, S.A. de C.V.	0638C2020SSA	BLM200122K07	BIOMICS LAB	México	REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONAL ES, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC1/3801	La muestra y documentación recibida refiere una clave distinta a la requerida, por lo que incumple con el requisito establecido en el anexo "Claves con muestra a evaluar 2020" y de acuerdo al inciso g) del numeral 6. Causales expresas de desechamiento del mencionado procedimiento.
126	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	PROQUINAT PRODUCTOS QUIMICOS Y NATURISTAS	NO APLICA	NO APLICA	GEL ANTIBACTERIAL	México	REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONAL ES, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC1/3801	El producto no satisface los requerimientos para la inspección por atributos al carecer del número de Registro Sanitario y Número de lote en la etiqueta del producto, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6. No presentó copia legible del Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.
127	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MEDEVOLUTION SAPIDE C.V.	0782C2020SSA	MEV-150219-DY0	MEDEVOLUTION OMASK	México	REPRESENTACIONES BALLMAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC1/3836	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
128	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPO TOGESA S.A. DE C.V.	0406C20205SA	GTO080404DF4	CUBREBOCA QUIRURGICO DESECHABLE TOGESA	México	RETAIL MEDICAL DEPOT S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3832	
129	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ALTERNATIVA,S.A. DE C.V.	NO APLICA	ALT010926BY0	FACTOR C	México	S3, HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No se recibe copia del Registro sanitario ni se indica Registro Sanitario en el etiquetado del producto La muestra recibida no indica número de Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
130	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2005SA	ACM70602BQ6	MASKLIFE	México	S3, HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La razón social del fabricante indicada en el etiquetado del producto es diferente a la indicada en el Registro Sanitario, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.
131	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 99% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	30	PZA	5,959,163	14,897,906	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C20205SA	CPT0006075M2	CUBREBOCAS COPROTEX	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El producto no satisface el requerimiento de contar con entorchado a la cabeza, la muestra entregada por el licitante es de entorchado retroauricular, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g), i) del numeral 6. El licitante no entregó el certificación NYCE o NIOSH, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g), w) del numeral 6. El licitante no entregó el informe de resultados de ensayo emitido por NYCE, Laboratorios que correspondiera con el lote de la muestra, requisito establecido en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g), w) del numeral 6.
132	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	351,200	878,000	COTEPAST, S.A. DE C.V.	0419C20205SA	COT16051EX2	GOT-GEL	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La denominación distintiva y/o marca declarada en el Registro Sanitario No. 0419C2020 5SA, no se identifica indicada en el etiquetado de la muestra recibida. La muestra recibida no indica denominación distintiva y/o marca, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
133	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	25	PZA	11,215,004	28,037,509	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C20205SA	TPP200508IX6	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO PAM	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La copia del Registro Sanitario 0890C2020 5SA presentado no ampara al fabricante indicado en el etiquetado del producto, así mismo el producto no refiere claramente la denominación distintiva o marca; siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g) y w) del numeral 6.
134	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 99% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	SHENZHEN MINGCAI NEW CENTURY TECHNOLOGY Co Ltd	N/A	N/A	MASCARILLA PROTECTORA KN95	China	SERVICIOS Y SUMINISTROS PIRAMIDE S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL LICITANTE EXHIBE ACUSE DE RECIBO PRESENTADO POR LA EMPRESA HOSPITALERA, S DE RL DE CV, QUE NO CORRESPONDE AL LICITANTE	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRAS PARA PRUEBA	NO PRESENTO MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	
135	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Internacional Neutraceutics Company S.A. DE C.V.	0757C2020	JOSE ANTONIO VALDEZ ROMO DE VIVAR	CUBREBOCAS CON TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA FILTRO INTERMEDIO SPUNDBOND DE 25G/CM2 CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO E HIPOALERGENICO CON RESORTE AJUSTABLE RETROARTICULAR. NO ESTERIL, DESECHABLE Y DE UN SOLO USO	México	SIMATECH DEL SUR S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La muestra recibida no indica número de Registro Sanitario, razón social del fabricante, denominación distintiva, número de lote, fecha de caducidad, contenido, ni país de origen; siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6. No se recibió copia de registro Sanitario vigente emitido por COFEPRIS, promoga o solicitud de promoga que se pueda asociar a la muestra recibida, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso w) del numeral 6.

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
136	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,754	11,215,004	DBL LEATHERS, S.A. DE C.V.	0728C20205SA	DEL060330B84	D-MASK CUBREBOCAS DESECHABLES	México	SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El producto no satisface los requerimientos para la inspección por atributos al carecer de datos del fabricante en el envase (nombre y domicilio), número de Registro Sanitario en la etiqueta del producto requisitos establecidos en el Anexo "Claves con muestra" a evaluar 2020, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.
137	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	PROVEEDOR SUELERO HERJA, S.A. DE C.V.	0691C20205SA	PSH180522HE3	CUBREBOCAS HERJA	México	SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3840	
138	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	GRUPO ZET INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0843C20205SA	GZI-860210-EQ3	NOVO PROTECT	México	SOPORTE MEDICO INTEGRAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3844	
139	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C20205SA	TPP200508IX6	CUBREBOCAS PAM	México	STAR ALAI S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3847	
140	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TAZAMAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NA CERTIFICADO NYCE 1802C200008	TCO190409AAS	NA	China	TAZAMAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	No entregó copia del Registro Sanitario ni se indica Registro Sanitario alguno en el etiquetado del producto, el etiquetado no indica lote, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso v y x) del numeral 6.
141	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	TECNOLOGÍA CON VALOR HUMANO, S.A. DE C.V.	1371C20205SA	TVH170406A9S	ALPHA PROTECT	México	TECNOLOGIA CON VALOR HUMANO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3871	
142	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE./Modelo 9030	PZA	1	PZA	5,999,163	14,897,906	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE REGISTRO OFICIO 163300C0210579	AMA06004208FA	Respirador Purificado de aire presión negativa, contra partículas clase N95	México	TECROM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	El licitante entregó un informe de ensayo emitido por Nyce Laboratorios que que no ampara el lote ni el modelo de la muestra recibida. De acuerdo a los requisitos declarados en el Anexo denominado Claves con muestra a evaluar 2020, correspondiente al procedimiento LA-0500CYR047-ETI-2020 para la Adquisición de Claves del Grupo 060 Material de Curación. La muestra no satisface los requerimientos del anexo claves con muestras, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso c) y w) del numeral 6.
143	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C20205SA	ADE100928V5S	Cubrebocas de tres capas desechable	México	TECROM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	La muestra recibida no indica número de Registro Sanitario, razón social del fabricante, contenido, ni país de origen, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) del numeral 6.

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS			
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
144	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE Cubrebocas o máscara facial desechable compuesta de tres capas termoselladas, (CAPA 1 (BASE) elaborada de Tela blanca spunbond 100% polipropileno con un gramaje/medida de 25 g, CAPA 2 (Medial) elaborada de Tela blanca spunbond o meltblown 100% polipropileno con un gramaje/medida 25 g y la CAPA 3 (Frontal) elaborada de tela azul spunbond 100% polipropileno, con un gramaje/medida 25 g), con elástico para asegurar la máscara y	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C20205SA	TPP2005081X6	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO PAM	México	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3842	
145	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	7,448,953	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	AMA06004208FA	MASCARILLA AP M10 (C)	México	TODO PARA LA SALUD MARK S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMC/3801	emitidopor NYCE LABORATORIOS, S.C. para el lote 0920459AP, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso vi) del numeral 6. Adicionalmente se informa que los anexos fotográficos presentados en el Informe de Resultados de Ensayo NYCE LABORATORIOS, S.C. NL-DM-082573 no declaran número de lote, fecha de caducidad así como modelo desde su origen, las muestras presentada a esta Coordinación se le adhieren contraetiquetas y sobreetiquetas indicando número de lote, fecha de caducidad y modelo, siendo causal de desechamiento de acuerdo a los numerales vi) del numeral 6. La muestra recibida NO hace referencia al protocolo IMSS. NO SE OMITE MENCIONAR QUE EL PRODUCTO RECIBIDO NO ES FUNCIONAL TODA VEZ QUE PRESENTA DEFECTOS QUE PUEDIERAN AFECTAR AL USUARIO COMO SON: LA SUJECCIÓN DEL AJUSTADOR NASAL; LAS BANDAS PARA LA CABEZA SE DESPRENDEN CON GRAN FACILIDAD.

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA															EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS					
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
146	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,760	14,018,760	TUROPLASTICS S.A. DE C.V.	0758C202055A	TUR090609BN9	Cubrebocas plisado de tres capas sellado con ultrasonido Cubrebocas "BLUUM"	México	TUROPLASTICS S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3799	Los resultados del estudio al que fue sometido el producto entregado por el licitante fueron de incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad, siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y x) del numeral 6 de la convocatoria.
147	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	UNIFORMES POTENZA VIVE S.A. DE C.V.	0914C202055A	UPV717214T31	CB-3CL	México	UNIFORMES POTENZA VIVE S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3800	
148	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 99% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	7,448,953	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NA CERTIFICADO NYCE 1802C200008	AMA0600420BFA	AIR PRO	México	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3801	El Informe de Resultados de Ensayo número NL-DM-081853 de NYCE Laboratorios, S.C. no está a nombre del licitante, además de que no se indican fotos del producto a evaluar siendo esto causal de desechamiento de acuerdo a los incisos g) y w) del numeral 6.
149	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	Biomics Lab México S.A. de C.V.	0638C2 020 SSA	BLM200122KD7	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE (Biomics Lab)	México	WALTEM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3819	
150	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 99% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	7,448,953	Estereo scopia Digital, S.A. de C.V.	No aplica	EDI150303P71	RESPIRADOR DESECHABLE DE PRESION NEGATIVA, LIBRE DE MANTENIMIEN TO, N95	México	WALTEM, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	09 A3 6161 2070/DMCJ/3801	No corresponde a la descripción solicitada en la convocatoria ya que debe ser con bandas o ajuste elastico entorchado a la cabeza. No presento Certificación vigente de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009 emitida por Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE) ya que solo presentan infome de ensayo. Por lo que existe incumplimiento de acuerdo a los incisos cual es incumpliendo del punto g) y w), numeral 6.
151	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	Internacional Neutraceutics Company S.A. de C.V.	0757C202055A	INE19018CV6	Cubrebocas de tres capas interceutics	México	WASPMED S.A.P.I. DE C.V.	NO CUMPLE. TODA VEZ QUE EL LICITANTE EXHIBE A FOJA 31 A 33 UN FORMATO, SIN QUE CORRESPONDA AL ACUSE DE RECIBO DE MUESTRAS POR CARECER DE SELLO DE RECEPCION.	NO PRESENTO MUESTRAS NI DOCUMENTACION POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTO MUESTRAS NI DOCUMENTACION POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA								
1	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	12,750,000	11,000,000	ABDITEX SA DE CV	1243C2020 SSA	ABDI50506819	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO ABDITEX	México	ABDITEX S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO OFERTÓ AL MENOS EL 50% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DEL NUMERAL 6 INCISO J) DE LA CONVOCATORIA	
2	1	060	621		MASCARILLA N 95 CON 99% DE PROTECCION EN LA FILTRACION DE PARTICULAS	20 POR CAJA	6,000,000	N95	8,000,000	6,000,000	ANITSAME COMERCIALIZADORA SUSTENTABLE SA DE CV	MM-041-008/11	ACS919125731	CERTIFICADO DE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL IMSS	CHINA	ANITSAME COMERCIALIZADORA SUSTENTABLE SA DE CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO OFERTÓ AL MENOS EL 50% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA, ADICIONALMENTE INCUMPLE EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CLAVES GRUPO 060, YA QUE EL BIEN OFERTADO NO SE ADEGA A LA DESCRIPCIÓN REQUERIDA, CONFORME A LOS COMENTARIOS QUE RESPECTO AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2, ANEXO TÉCNICO, SE INDICAN EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE, EL LICITANTE NO INTEGRA A SU PROPUESTA TÉCNICA AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO REQUERIDO EN EL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y NUMERAL 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA, E INCUMPLE EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACION Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACION REQUERIDA, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LA CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 6 INCISO J), I), G) Y V) DE LA CONVOCATORIA.	
3	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	380,000	380,000	PRYM INOVAN MEXICO S.A. DE C.V.	CERTIFICADO NYCE NYC 2002C02002008	PFM710504GT5	JY-N900	CHINA	ANSATI S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO OFERTÓ AL MENOS EL 50% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA, ADICIONALMENTE INCUMPLE EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CLAVES GRUPO 060, YA QUE EL BIEN OFERTADO NO SE ADEGA A LA DESCRIPCIÓN REQUERIDA, CONFORME A LOS COMENTARIOS QUE RESPECTO AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2, ANEXO TÉCNICO, SE INDICAN EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE, EL LICITANTE NO INTEGRA A SU PROPUESTA TÉCNICA AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO REQUERIDO EN EL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y NUMERAL 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA, E INCUMPLE EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACION Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LA CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 6 INCISO I), G), K) Y N) DE LA CONVOCATORIA.	
4	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14 '018,755	11,215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2020 SSA	ACM70602BQ6	MASKLIFE	México	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
5	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	4,000,000	4,000,000	SONATA CALCETIN S.A. DE C.V.	0796C2020 SSA CERTIFICADO NYCE NYC-2002C020026702 0	SCA05031F12	CUBREBOCAS CAREMASK N95	México	AVANCE Y DISTRIBUCION PHARMACEUTIC A, S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO OFERTÓ AL MENOS EL 50% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA, ADICIONALMENTE INCUMPLE EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CLAVES GRUPO 060, YA QUE EL BIEN OFERTADO NO SE ADEGA A LA DESCRIPCIÓN REQUERIDA, CONFORME A LOS COMENTARIOS QUE RESPECTO AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2, ANEXO TÉCNICO, CON RELACION AL NUMERAL 4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA, ADICIONALMENTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO DEL NUMERAL 6 INCISO G), J), K), L) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
6	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,363	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	OFICIO 183300C0219579 COMPROBANTE DE TRÁMITE 203300C0210410	AMA0604208FA	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	México	BIOMICS LAB MEXICO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD										
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
7	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	0638C2020 SSA	BLM20012KD7	BIOMICS LAB	México	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
8	2	060	621	0664	Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico; ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire, con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza, desechable.	PZA	2	PZA	7,500,000	5,959,163	Fábrica de Calzado Garcís S.A. de C.V.	N/A	FCG140808A74	MEDIMASK MM-004-E	México	BRANDS UNLIMITED S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
9	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	CAJA C/50 PZS	28,037,509	11,215,004	INTERNACIONAL NEUTRACEUTICS COMPANY, S.A. DE C.V.	0757C2020SSA	INE19018CV6	CUBREBOCAS DE TRES CAPAS INTERCEUTICS	México	CALEISA S.A DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V), W) Y P) DE LA CONVOCATORIA.	
10	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	CAJA C/20 PAQUETE S O PIEZAS	5,959,163	14,897,906	SONATA CALCETIN S.A. DE C.V.	0786C2020 SSA	SCA05031F12	CUBREBOCAS CAREMASK N95	México	CALEISA S.A DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN LA COLUMNA "RESULTADO DE PRUEBAS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR NO HABER PRESENTADO DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V), W) DE LA CONVOCATORIA.	
11	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	IP INTERNACIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	0724C2020 SSA	IIT070821D87	CUBREBOCAS GLOBALCARE	México	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE EXHIBE CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS, EL CUAL NO ESPECIFICA LAS NORMAS QUE CUMPLE EL BIEN OFERTADO, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, Y 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DEL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA	
12	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	351,200	876,000	QUÍMICA BINDEN S.A. DE C.V.	EN TRAMITE NO. DE FOLIO: 203300401A0253	QB1092004ER6	QBINDEN	México	CESAR ALFONSO FUENTES AGUIRRE	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS A), C), E) Y F), CON RELACION A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA: NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS POR LO QUE TAMPOCO ES FACTIBLE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
13	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C2016	ID5061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
14	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C201255A	DEG9807019H8	CUBREBOCAS DESECHABLE, PROTEC	México	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN ANALOG S.A. DE C.V. Y MARMOLIS ARCA S.A.P.I DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	
CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD									
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
15	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C201T5SA	DEG9807015HB	GEL ANTIBACTERIAL, MARCA PROTEC	México	COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANALOG S.A. DE C.V. Y MARMOLÉS ARCA S.A.P.I DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/D/MCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
16	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C201T5SA	DEG9807015HB	GEL ANTIBACTERIAL, MARCA PROTEC	México	COMERCIALIZADORA GENESTAY SA DE CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITATE NO PRESENTA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA CARTA DE RESPALDO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, NO EXHIBE AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS A SU NOMBRE, POR LO QUE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS D) Y F), Y NUMERALES 6, 3, DEL ANEXO 2 TÉCNICO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y PRUEBAS POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
17	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C20125SA	DEG9807015HB	CUBREBOCAS DESECHABLE, PROTEC	México	COMERCIALIZADORA GENESTAY SA DE CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITATE NO PRESENTA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA CARTA DE RESPALDO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, NO EXHIBE AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS A SU NOMBRE, POR LO QUE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS D) Y F), Y NUMERALES 6, 3, DEL ANEXO 2 TÉCNICO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y PRUEBAS POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
18	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	NATURAL AESTHETICS SA DE CV	0803C20205SA	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
19	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 70%	FCO	120	ML	238,018	95,208	ABISARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	203300401010516 (NÚMERO SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL)	AC0107274K1	VLANC+PIUR	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS A), C), E) Y F), CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS POR LO QUE TAMPOCO ES FACTIBLE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/D/MCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
20	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70%/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ABISARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	203300401010516 (NÚMERO SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL)	AC0107274K1	VLANC+PIUR	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS A), C), E) Y F), CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS POR LO QUE TAMPOCO ES FACTIBLE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/D/MCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
21	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPPREYSA, S.A. DE C.V.	2287C20175SA	GRU1508061FO	CUBREBOCA PLUSADO GRUPEYSA	México	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
22	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Sapphire Denim, S.A. DE C.V. Foliseriv, S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA 0734C2020 SSA	SDE-150420-JM2 FOL-B31025-LL2	Cubre bocas Sapphire 3P Disposable Mask	México	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA								
23	1	060	621	656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	2	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DEC.V.	0895C2020 SSA	ADE100928 V55	Arte en Denim	México	COMERCIALIZADORA TEXTOR S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/D/MI/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
24	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,959,363	Comercializadora Tivon SA de CV	NL-DM-081035	CT1100506FES		México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, NO PRESENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA. NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO; NO PRESENTA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO CONFORME A LOS NUMERALES 4.2 INCISO A), E), Y D) DE LA CONVOCATORIA, NUMERALES 6.3 Y 5 DEL ANEXO 2 TÉCNICO; ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARA"; TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN; POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO P), G), K), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
25	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILES Y TERMOSELLADOS SA DE CV	086C20205SA	TTE200505CV6	CUBREBOCA SQUIRURGICO THOR	México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTO OFERTADO AUTORIZADO POR COFEPRIS, CARTA DE RESPALDO, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO; PRESENTA INCOMPLETO REGISTRO SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS CONFORME A LOS NUMERALES 4.2 INCISO C), E), F) Y D) DE LA CONVOCATORIA, NUMERALES 6.3 Y 4 DEL ANEXO 2 TÉCNICO; ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARA"; TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN; POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), K), V), P) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
26	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECCION. DESECHABLE	PAR	1	PAR	20,287,192	8,114,877					México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, NO PRESENTA PROPUESTA TÉCNICAMENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME A LA CONVOCATORIA, REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTO OFERTADO AUTORIZADO POR COFEPRIS, CARTA DE RESPALDO, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO; NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS CONFORME A LOS NUMERALES 4.2 INCISO A), C), E), F) Y D) DE LA CONVOCATORIA, NUMERALES 6.3 Y 4 DEL ANEXO 2 TÉCNICO; ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARA"; TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN; POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), K), V), P) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
27	7	060	066	1268	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MÍNIMO 70%, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULSIONES, HIPOALERGENICO, COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR	ENV	1	LTO	16,613	6,646		FFCOFEPRIS-02	GAA080502U L2		México	Comercializadora Tivon SA de CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, NO PRESENTA PROPUESTA TÉCNICAMENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME A LA CONVOCATORIA, REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTO OFERTADO AUTORIZADO POR COFEPRIS, CARTA DE RESPALDO, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO; NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS CONFORME A LOS NUMERALES 4.2 INCISO A), C), E), F) Y D) DE LA CONVOCATORIA, NUMERALES 6.3 Y 4 DEL ANEXO 2 TÉCNICO; ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARA"; TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN; POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), K), V), P) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
28	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	CONFECCIONES CARFRAN S.A. DE C.V.	119C2020 SSA NO DE SOLICITUD 20330104010388	CCA130123430	CARFRAN	México	CONFECCIONES CARFRAN S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/D/MI/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
29	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C2016SSA	ID5061277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/D/MI/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
30	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	20,000,000	11,215,004	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL	0536C2020 SSA	CPT0006075M2	CUBREBOCAS COPROTEX	México	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
31	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECCION. DESECHABLE	PAR	1	PAR	12,000,000	8,114,877	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL	0957C2020 SSA	CPT0006075M2	ROPA QUIRURGICA COPORTEX	México	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
	CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD										
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
32	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PIEZ A	1	PIEZ A	28,037,509	14'100,000	SAPPHIRE DENIM, S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDEIS04203M2	CUBREBOCAS SAPPHIRE	México	DERENTA S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801; POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
33	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	NATURAL AESTHETICS SA DE CV	0803C2020 SSA	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO NATURAL AESTHETICS	México	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE CV	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
34	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28'037,509	11'215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C2020	ACM70602BQ6	MASKLIFE	México	DISTRIBUIDORA DE FARMACEUTICOS COMELLUURMA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801; POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
35	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	TEXTILES Y TERMOSELLADOS, S.A. DE C.V.	0673C2020 SSA	TTE200505CV6	CUBREBOCAS THOR	México	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPORAL, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, INCUMPLE CON EL REQUISITO CONTENIDO EN EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), X) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
36	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	10,000	BAOZI TAIIDAKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	N/A	N/A	KN95 RESPIRADOR DESECHABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO	REPÚBLICA POPULAR CHINA	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, YA QUE EL LICITANTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NI MUESTRAS, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
37	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	3,000,000	1,000,000	EE PRINT PACK, S. DE R. L. DE C.V.	0390C2020	CPM07012HPO	CUBRE BOCA QUIRURGICO DESECHABLE PROT GM	México	EE PRINT PACK, S. DE R. L. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V), W) Y P) DE LA CONVOCATORIA.	
38	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	COTEPLAST S.A. DE CV	0419C20205SA	COT16051EX2	COT-GEL	México	EMPAQUES U-PACK S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801; POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y V) DE LA CONVOCATORIA.	
39	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	BEST TRADING, S.A. DE C.V.	0581C20205SA	BTRO40330CPA	MASCARILLA PROTECTOR KN95 BEST TRADING	CHINA	EQUIVER S.A. DE CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL COMENTARIOS DICHS, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 612070/DMC/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISOS I), G), V), W) Y X) DE LA CONVOCATORIA.	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							
40	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	0872C20205SA	EC0061122F78	CUBREOCAS ECODELI	México	EQUIVER S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
41	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULSIONES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	EN TRAMITE NO DE ENTRADA	EC0061122F78	LIMPIEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL AL 70%	México	EQUIVER S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS A), C), E) Y F), CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO. TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COPEPRI, POR LO QUE TAMPOCO ES FACTIBLE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
42	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	100	PZA	8,000,000	5,959,363	ESPUMADOS ABSA S.A. DE CV	203305056A0378	EAB940223F81	Cubre bocas	México	ESPUMADOS ABSA S.A. DE CV	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO OFERTÓ AL MENOS EL 50% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA, PARA LA CLAVE REQUERIDA ERA NECESARIO QUE EL LICITANTE ANEXARA REGISTRO SANITARIO, SIN QUE HAYA PLASMADO NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO EN SU PROPUESTA TÉCNICA. NI EXHIBIDO ESTE, POR LO QUE INCUMPLE CON EL REQUISITO CONTENIDO EN EL NUMERAL 4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA, Y NUMERAL 4 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO J), G), Y W) DE LA CONVOCATORIA.
43	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,363	Esterescopia Digital S.A de C.V	NL-DM-079634	EDI150303P71	Respirador de Media Cara KN95 de 4 Capas de Filtrado	México	Esterescopia Digital S.A de C.V	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN LA COLUMNA "RESULTADO DICHS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO Q) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
44	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Esterescopia Digital SA de C.V	1502C2020 SSA	EDI150303P71	Cubrebocas Tres Capas Esterescopia Digital	México	Esterescopia Digital S.A de C.V	CUMPLE TÉCNICAMENTE
45	1	3E+07	060	62121	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CICNA FARMEX S DE R.L DE C.V.	0674C2020 SSA	CFA1801122IA	WEGUARD	México	ETHOMEDICAL S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL COMENTARIOS DICHS, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2 " PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO Q) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
46	2	210018	060	621	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE	PZA	1	PZA	5,959,363	14,897,906	SAPPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C2020 SSA	SDE1504203M2	Cubrebocas Sapphire	México	ETHOMEDICAL S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO INTEGRO PROPUESTA TÉCNICA REFERENCIADA A 10 DIGITOS CONFORME AL INSTRUCTIVO DE LLENADO, COMO FUE SOLICITADO EN EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA, NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL COMENTARIOS DICHS, NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2 " PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO Q) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
47	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA, 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	10,143,596	8,174,877	B & MED S.A. DE C.V.	1780C2018 SSA	B&M071015BV5	BOTA QUIRURGICA DESECHABLE B & MED	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
48	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020 SSA	C10X08027P12	SANITEK PRO	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA								
49	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020 SSA	GXX180827P12	SANITEK PRO N95	México	FARMACASTELL S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN LA COLUMNA "RESULTADO DICBIS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
50	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. CUBREBOCAS DE USO GENERAL, CON TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, FABRICADO CON TELA DE POLIPROPILENO NO TEJIDA SMS, DE SUPERFICIE SUAVE, TERMOSELLADO, PLUSADO, CON BANDAS ELASTICAS DE SUJECIÓN A LA OREJA. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO. DIMENSIONES DE 17.0 X 9.0 CM. DESECHABLE. NO ESTERILIZABLE.	PZA	50	CAJA	28,037,509	11,215,004	FOUISERVIS, S.A. DE C.V.	0734C2020 SSA	FOL-B31025-LL2	3P DISPOSABLE MASK	México	FOUISERVIS, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
51	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL, MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GALIA TEXTIL S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	GTE-840618-07	GALIA	México	GALIA TEXTIL S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
52	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	2,037,509	11,215,004	SUBLITREX, S.A. DE C.V.	0727C2020 SSA	SUB120824T10	CUBREBOCAS SUBLITREX	México	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2 " PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3810 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y X) DE LA CONVOCATORIA.	
53	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	0393C2020 SSA	GVE160725-411	CUBREBOCAS QUIRURGICO GERD YERIK	México	GERD YERIK, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2 " PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
54	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML. A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	439,000	175,600	DEGASA S.A. DE C.V.	0586C20155A	DEG9807015H8	GEL ANTIBACTERIAL MARCA PROTEC	México	GREEN RAY MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DEL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA; ADICIONALMENTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), N) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
55	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	DEGASA S.A. DE C.V.	1683C201255A	DEG9807015H8	CUBREBOCAS DESECHABLE PROTEC	México	GREEN RAY MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DEL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA	
56	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL, MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	0598C2020SSA	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	SANITEKPRO	México	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
	CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD									
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
57	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISEPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	NYC2002CO200208	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	SANITEKPRO MODELO SANITEKPRO N95	México	GRUPO 10X S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN LA COLUMNA "RESULTADO DE PRUEBAS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
58	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE00928V55	ADN+HEALTH	México	GRUPO COMERCIAL OCMAP S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
59	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0688C202055A	BLM200122K07	BIOMICS LAB	México	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2) INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 4 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
60	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISEPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	OFICIO 163300CO20579 COMPROBANTE DE TRÁMITE 203300CO270410	AMA06004208FA	AP MASCARILLAS, S.A. DE C.V.	México	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
61	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO APLICA (OFICIO COFEPRIS 163300CO270578 DE 10 DE ENERO DE 2017)	AMA06004208FA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE MODELO AP M 10, MASCARILLAS CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO EMPLEADO COMO UN MEDIO DE SEGURIDAD PERSONAL	México	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIO GEHC'S, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO QUE AMPARE LA CANTIDAD OFERTADA, NO PRESENTA AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO Y CARTA DE RESPALDO, POR LO QUE INCUMPLE CON LOS NUMERALES 6 Y 7 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 4.2 INCISO D) Y F) DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 4 DEL ANEXO 2 TÉCNICO C) ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
62	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	7,448,953						GRUPO FERRETERO MARTÍ, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN "COMENTARIOS DICHS", EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
63	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,300,000	14,020,000	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S. DE R.L. DE C.V.	0950C202055A	GFH200611T80	Cubre bocas desechable 3 PC (marca cubre bocas sustentabilia TOLTECAS T-2505)	México	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "MÉTODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
	CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD									
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
64	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS R&M SA DE CV	056C2002055A	PQF1503134I3	PBL	México	GRUPO HOSPITAL, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN "COMENTARIOS DICBS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACION Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO Q) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
65	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GUANGZHOU POWECOM LABOR INSURANCE SUPPLIES CO.	NO APLICA	NO APLICA	MARCA POWECOM MODELO KN95	CHINA	GRUPO SABIO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2) INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 4 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO CON TERMINACIÓN 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO C), V) W), X) DE LA CONVOCATORIA.	
66	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE. CUBREBOCA ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLUSADO, TERMOSELLADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE DE ACERO CUBIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MASCARILLA, IMPERMEABLE A LIQUIDOS, RESISTENTE A FLUIDOS, PERMEABLE AL AIRE, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE, NO ESTERIL, USO PARA ADULTO	PZA	1	PZA	14,100,000	5,600,000	CYRIDERMAESTHETICS, S.A. DE C.V.	096C2002055A	CAE150302MT2	CIRUDERM TRICAPA	México	GRUPO TECNOLÓGICO VERANA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO C) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
67	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS R&M SA DE CV	056C2002055A	PQF1503134I3	PBL	México	GRUPO TRES R TERMOTÉCNICA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN "COMENTARIOS DICBS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO Q) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
68	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	GUTMAN PRESS, S DE RL DE CV	0723C2002055A	GPR1711086FO	ROXOR	México	GUTMAN PRESS, S DE RL DE CV	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
69	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	OVS FILTER TECHNOLOGY	NIOSH TC-84A-9111	GFT190328GM4	N31000	México	OVS FILTER TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2) INCISO C) Y E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 4 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO CON TERMINACIÓN 09 A3 61 2070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTOS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO W) Y X) DE LA CONVOCATORIA.	

CO NSE CUT IVO	DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	
70	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO MARCA TRIMASK95 ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,020,000	11,215,004	HELÉNICA, S.A. DE C.V.	0926C2020 SSA	HEL-990306-PE3	TRIMASK95	México	HELÉNICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
71	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	Best Trading, S.A. DE C.V.	0581C2020 SSA	BTR 040330 CPA	Mascarilla protectora KN95 Best Trading	China	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL COMENTARIOS DICHS, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 6102070/DMCI/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISOS G), W) Y X) DE LA CONVOCATORIA.
72	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Ecodeli comercial, S.A. DE C.V.	0872C2020 SSA	ECO 06122P78	Cubre bocas Ecodeli	México	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
73	6	060	066	1250	GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70 % V/V, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGÉNICO, ENVASE DE 950 ML.A.1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	Ecodeli comercial, S.A. DE C.V.	En trámite no de entarida	ECO 06122P78	Limpiei alcohol antibacterial al 70%	México	HRD HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS A), C), E) Y F), CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COEPRIS POR LO QUE TAMPOCO ES FACILITE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
74	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIO CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENCIA A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE RETROAURICULAR, DESECHABLE, MARCA: KAPER, PAIS DE ORIGEN: CHINA, FABRICANTE: GUANGDONG KAPER PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	GUANGDONG KAPER PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.	D.O.F.	IME040414IX9	MASCARILLA KN95	CHINA	IMEDIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN LA COLUMNA "RESULTADO DICHS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR NO HABER PRESENTADO DOCUMENTOS Y MUESTRAS, POR LO QUE SE ACTUALIZA LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V), W), E) I) DE LA CONVOCATORIA.
75	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	QURATEX, S.A. DE C.V.	0577C2020 SSA Na. DE SOLICITUD 20330140100085	QUR13014M93	Clasi-K	México	INDALJIM, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
76	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO, CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILES Y TERMOSELLADOS S.A. DE C.V.	0863C2020 SSA	TTE 200505CV6	CUBREBOCAS QUIRURGICO THOR	México	INDIMEX TRADING S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W), DE LA CONVOCATORIA.
77	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPILICO AS SELECTAS DE GUADLAJARA S.A. DE C.V.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	COMERCIAL DE MERCANCÍAS SELECTAS DE GUADLAJARA S.A. DE C.V.	NO REQUIER E DE REGISTR O SANITARIO	CMS170704B A9	AG	México	INDIMEX TRADING S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS A), C), E) Y F), CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COEPRIS POR LO QUE TAMPOCO ES FACILITE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							
78	2	060	621	0664	PORTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	BUILD YOUR DREAMS BUSSES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1228C2020 SSA	BYD1305154TA	MASCARILLA TIPO RESPIRADOR N95 MARCA BYD	CHINA	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, ADICIONALMENTE INCUMPLE CON LA CARTA DE RESPALDO TODA VEZ QUE NO INTEGRA LOS REQUISITOS DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6 AL NO SEÑALAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN LA CARTA DE RESPALDO; POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y V) WJ, DE LA CONVOCATORIA.
79	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISÉPTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	COMERCIALIZADORE BREYER, S.A. DE C.V.	1208C2015 SSA	CBR 0203194T4	CUBREBOCA PROFESIONAL QUIRURGICO BREYER	México	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISO C) Y E) TODA VEZ QUE EL LICITANTE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO AVALADO POR COFEPRIS VIGENTE, O BIEN ENTREGO LOS REQUISITOS DEL NUMERAL 4 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO EN SUS DIVERSOS INCISOS, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801; MIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), N) Y WJ, DE LA CONVOCATORIA.
80	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTATICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	COSMEDYM, S.A. DE C.V./METRIKA STUDIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0693C2020 SSA/0948C2020 SSA	COS1021IHR7/ KIM0002289M1	YVMAX/M MEDICAL	México	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, SA DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V), WJ) Y P) DE LA CONVOCATORIA.
81	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTATICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PIEZA	25	CAJA CARTON	28,037,509	11,215,004	COSMEDYM S.A. DE C.V.	0693C2020	COS1021IHR7	CUBREBOCAS DE TELA YVMAX	México	INTERNACIONAL SEWING COMPANY, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA Y 3 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO EXHIBE AVISO DE FUNCIONAMIENTO NI AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO O EXPEDIDO POR COFEPRIS, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.
82	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 CM CUADRADOS MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTISTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	25	BOLSAS DE 25 PARES	20,287,192	8,114,877	COSMEDYM S.A. DE C.V.	NO SE REQUIERE	COS1021IHR7	BOTAS QUIRURGICAS DE TELA NO TEJIDA-ISCO B	México	INTERNACIONAL SEWING COMPANY, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISO C) Y F) Y 4 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA EXPEDIDO POR COFEPRIS, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y WJ) DE LA CONVOCATORIA.
83	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTISTATICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Sapphire Denim S.A. de C.V.	0852C2020 SSA	SDE150420JM2	Cubrebocas Sapphire	México	IRENE MÉXICO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, ADICIONALMENTE NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO, AVISO DE FUNCIONAMIENTO, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO REQUERIDOS EN LOS NUMERALES 3 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CON RELACION AL NUMERAL 4.2 INCISOS D), POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y WJ) DE LA CONVOCATORIA.
84	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MÍNIMO AL 70% WW, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	440,000	440,000	Key Química S.A. de C.V.	0199C2019 SSA	KQU691016XS	KEY DERMOWIPE	México	KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA								
85	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, 2) PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, 3) RESISTENTE A FLUIDOS, 4) ANTIESTATICO, 5) HIPOALERGÉNICO, 6) AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, 7) CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, 8) DESECHABLE	Pza	1	Pza	14,897,906	5,959,363	Best Trading, S.A. de C.V.	0581C2020 SSA	BTR040330CPA	Macarilla protectora KN95 Best Trading	China	LABICARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL COMENTARIO DE DICHS, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 AS 612070/DMC/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISOS I), G), V), W) Y X) DE LA CONVOCATORIA.	
86	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO 2- CUBREBOCAS QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, 3) CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, 4) RESISTENTE A FLUIDOS, 5) ANTIESTATICO, 6) HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, 7) DESECHABLE	Pza	1	Pza	28,037,509	11,215,004	Ecodell Comercial S.A. de C.V.	0872C2020 SSA	ECO061122F7B	Cubre bocas Ecodell	México	LABICARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
87	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, 2) FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/V, 3) ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGÉNICO, 4) ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO 5) CON TAPA DE SILLA DE MONTAR,	Env	1	Lto	878,000	351,200	Ecodell Comercial S.A. de C.V.	En trámite No de entanda	ECO061122F7B	Limpiei alcohol antibacterial al 70%	México	LABICARE DIAGNOSTIKA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA, INCISOS A), C), E) Y F), CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA, NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO, EXPEDIDO POR COFEPRIS POR LO QUE TAMPOCO ES FACTIBLE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 AS 612070/DMC/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
88	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,363	N/A	N/A	N/A	N/A	China	LATIN AIR SEA WORLDWIDE S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 AS 612070/DMC/3801, NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO, LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS NO REFERENCIA LA TOTALIDAD DE LAS NORMAS QUE DEBE CUMPLIR, EL INSUMO, LA PROPUESTA TÉCNICA NO SE ENCUENTRA REQUISITADA CONFORME AL INSTRUCTIVO DE LLENADO, EL BIEN OFERTADO NO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA COMO SE INDICA EN "COMENTARIOS DE DICHS" POR LO QUE INCUMPLE EN LOS NUMERALES 1, 2, 3 Y 4 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2. INCISOS A), B), D) Y E) DE LA CONVOCATORIA; POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 6 INCISO G), K, V), VI) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
89	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,363	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SHANABELL	México	LOGISTICA LABORAL Y EMPRESARIAL, S.C.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 AS 612070/DMC/3801, ADICIONALMENTE NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO, ADICIONALMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA NO SE ENCUENTRA REQUISITADA CONFORME AL INSTRUCTIVO DE LLENADO, REQUERIDOS EN LOS NUMERALES 3 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2. INCISOS A) Y D), POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), W) Y X) DE LA CONVOCATORIA.	
90	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C2020 SSA	CPT0006075M2	CUBRECOCAS COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 AS 612070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
91	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGÉNICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PAR	1	PAR	7,448,953	2,979,582	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	0536C2020 SSA	CPT0006075M2	CUBRECOCAS COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 AS 612070/DMC/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), W) Y X) DE LA CONVOCATORIA.	
92	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE	PAR	1	PAR	10,143,596	4,057,439	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V.	09757C2020 SSA	CPT0006075M2	ROPA QUIRURGICA COPROTEX	México	LOSEQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
93	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MANUFACTURAS UNIVERSO S.A. DE C.V.	0553C2020SSA	MUN805031HIA	CUBREBOCAS MUSA	México	MANUFACTURAS UNIVERSO S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CLAVE	PRESENTACIÓN				CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE						
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI							CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA		
94	1	060	621	0656	CUBREBOCA QUIRURGICO TRICAPRA SMS TERMISELLADO CON AJUSTE NASAL AJUSTABLE. ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, 100% POLIPROPILENO. PUSADO, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, DESECHABLE CON BANDAS PARA SUJECION EN LAS OREJAS.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE0092BV55	ADN	México	MATTE BRANDING SA DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCJ/380/, ADICIONALMENTE NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO, AVISO DE FUNCIONAMIENTO, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO REQUERIDOS EN LOS NUMERALES 3, 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2 INCISOS F), D), POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) , X) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
95	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.		AMA0604208FA	AP	México	MATTE BRANDING SA DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCJ/380/, ADICIONALMENTE NO REQUISITO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA CONFORME AL INSTRUCTIVO DE LLENADO, ASÍ COMO QUE NO EXHIBE AVISO DE FUNCIONAMIENTO, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO REQUERIDOS EN LOS NUMERALES 3, 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2 INCISOS F), D), POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) , X) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
96	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MÍNIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	Comercial de Mercancias Selectas de Guadalajara S.A. de C.V	201403306A0079 [20010856]	CM570704BA9	AG GEL ANTIBACTERIAL con Humectante	México	MATTE BRANDING SA DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISO C), D) Y E) CON RELACIÓN AL NUMERAL 3 Y 4 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, TODA VEZ QUE EL LICITANTE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO AVALADO POR COFEPRIS COMO FUE REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V), W) Y X) DE LA CONVOCATORIA.	
97	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	3M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ESTADOS UNIDOS	MAYNARD INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, ADICIONALMENTE NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO, AVISO DE FUNCIONAMIENTO, AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS REQUERIDOS EN LOS NUMERALES 1.3, 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2 INCISOS F), D) Y B), POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
98	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 70%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	1783C202 SSA	LA3870102KE4	GEL ANTIBACTERIAL JALOMA	México	MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
99	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICOS. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE PRESENTACIÓN PROPUESTA CAJA CON 203.032225G.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MEDEVOLUTION SAPIDE C.V.	0782C202055A	MEV-150219-DYO	MEDEVOLUTION MASK	México	MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
100	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	NATURAL AESTHETICS S.A. DE C.V.	0803C202055A	NAE070216KX0	CUBREBOCAS QUIRURGICO AESTHETICS	México	MERCADAM, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO PRESENTA AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO NI AVISO DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS A SU NOMBRE, POR LO QUE INCUMPLE EL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DEL NUMERAL 4.2 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
101	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MÍNIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	NO APLICA SEGUN ACUERDO DEL DOF DEL 22 DE DIC. DE 2014	MEX91126N67	QPQ	MÉXICO	MEXIQUIM, SA DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCJ/380/, ASÍ MISMO INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISOS C) Y E) TODA VEZ QUE NO EXHIBE REGISTRO SANITARIO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
102	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 82%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	MEXIQUIM, S.A. DE C.V.	NO APLICA SEGUN ACUERDO DEL DOF DEL 22 DE DIC. DE 2014	MEX91126N67	QPQ	MÉXICO	MEXIQUIM, SA DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, E EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCJ/380/, ASÍ MISMO INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISOS C) Y E) TODA VEZ QUE NO EXHIBE REGISTRO SANITARIO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA								
103	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	SERVICIOS Y MANUFACTURAS MAGALLANES, S.A. DE C.V.	1172C202055A	SMM130124D96	CUBREBOCAS ADULTO MAGALLANES	México	MICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
104	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	HERA APPAREL S.A. DE C.V.	0447C202055A	HAP0612141YA	CUBREBOCAS HERA	México	MULTIEQUIPOS Y MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
105	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	14,299,130	Internacional Neutraceutics Company S.A. DE C.V.	0757C202055A	INE19018CV6	Cubrebocas de tres capas interceutics	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
106	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS.	PZA	1	PZA	7,746,911	7,597,932	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
107	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	TROPICOSMETICOS, S.A. DE C.V.	1506C2020 55A	TRO050210Q50	GEL ANTIBACTERIAL BRITZ	México	NUBE MÉDICA S.A.P.I. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE " POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), W, Y, X) DE LA CONVOCATORIA.	
108	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	N/A	AMA06004208FA	AP	México	ONCOFEM S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
109	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE UNITALLA	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE100928V55	ADN	México	ONCOFEM S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
110	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,500,000	11,215,004	RG NEGOCIOS DINAMICOS S. DE RL. DE C.V.	0396C202055A	RND070829KQA	CUP07 PROTECCIA	México	ORTHOPEDICS ORIGIN AND EVOLUTION S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																	
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA							
111	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL, ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% V/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	CARLOS MONTENEGRO CASTRO	1460C202055A	MCC940306AU4	GEL ANTIBACTERIAL 4YOUR SAFETY	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISO F) CON RELACION AL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, TODA VEZ QUE EL LICITANTE NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
112	5	060	066	1029	GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%.	FCO	120	ML	238,018	95,208	CARLOS MONTENEGRO CASTRO	1460C202055A	MCC940306AU4	GEL ANTIBACTERIAL 4YOUR SAFETY	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
113	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	0881C202055A	OANT30402984	CUBREBOCAS QUIRURGICO LIFE	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
114	3	060	130	0015	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION, DESECHABLE.	PAR	1	PAR	20,287,192	8,114,877	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	0974C202055A	OANT30402984	ROPA QUIRURGICA DESECCABLE LIFE	México	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
115	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	PRYM INIVAN MÉXICO S.A. DE C.V.	NYC2002C0200208	PFM710504GT5	RESPIRADOR DE MEDIA CARA	China	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN LA COLUMNA "RESULTADO DE PRUEBAS", NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO COMO FUE SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA Y NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
116	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,754.50	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C201655A	IDS0611277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	PRODUCTOS MEDICOS Y MATERIALES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
117	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1145C201655A	IDS0611277C2	CUBREBOCAS QUIRURGICO INDEPSA	México	PROFESIONAL PHARMACY, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA Y 3 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO EXHIBE AVISO DE FUNCIONAMIENTO NI AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO O EXPEDIDO POR COFEPRIS, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.
118	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	Pieza	30	Caja	7,448,953	5,959,163	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO APLICA	AMA06004208FA	AP MASCARILLAS	México	PROTECCIÓN INFINITA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
119	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	2,000,000	2,000,000	NEOGLUS S.A. DE C.V.	1092C202055A	NEO130619EC5	MASCARILLA QUIRURGICA NEOGLUS	México	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA Y 3 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO EXHIBE AVISO DE FUNCIONAMIENTO NI AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO O EXPEDIDO POR COFEPRIS, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
		CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD									
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
120	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	SAPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C202055A	SDEIS04203M2	Cubrebocas Sapphire	México	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
121	1	3E+07	060	621	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	CIGNA FARMEX, S. DE R.L. DE C.V.	0674C202055A	CFAB180122IA	WEGUARD	México	PROVEEDORA, ABASTECIMIENTO Y EQUIPO LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2 " PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, ADICIONALMENTE EL REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA NO AMPARA EL BIEN SOLICITADO E INCUMPLE CON LA EXHIBICIÓN DE LOS REQUISITOS DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO, CON LO QUE SE INCUMPLEN LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 4.2 INCISO C), E), D) Y F) PROPUESTA TÉCNICA, Y EL REQUISITO CONTENIDO EN EL NUMERAL 3, 4 Y 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
122	2	2E+07	060	621	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	SAPHIRE DEMIN S.A. DE C.V.	0852C202055A	SDEIS04203M2	Cubrebocas Sapphire	México	PROVEEDORA, ABASTECIMIENTO Y EQUIPO LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2 " PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, ADICIONALMENTE INCUMPLE CON LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 3, 4 Y 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y 4.2 INCISOS C) D) Y F) DE LA CONVOCATORIA, AL NO APECARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA CONFORME A LOS COMENTARIOS "COMENTARIOS DICBIS" NO EXHIBIR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AL NO EXHIBIR DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
123	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	FUJIAN SHANE TEXTILE Co. Ltd	1269C2020		MASCARILLA DESECHABLE SANWO	China	RBC QUÍMICA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, NO OFERTA EL BIEN CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR LO QUE INCUMPLE CON LOS NUMERALES 4.2 INCISO E) Y F) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR NO PRESENTAR MUESTRAS NI DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL ANEXO CLAVES CON MUESTRA PARA LA PARTIDA OFERTADA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
124	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	PROMEXCOMWORLD PROMOTIONALS S.A. DE C.V.	0669C2020	PWP1207028V5	CUBREBOCAS WORLD PROMOTIONALS	México	RBC QUÍMICA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y V) DE LA CONVOCATORIA.	
125	1	060	621	0698	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON TRES CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0638C202055A	BLM20012K07	BIOMICS LAB	México	REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONAL ES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, NO PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME A LA CONVOCATORIA, LA CARTA DE RESPALDO SE REFIERE A UN BIEN DISTINTO AL OFERTADO POR LO QUE INCUMPLE CON LOS NUMERALES 4.2 INCISO A) Y F) DE LA CONVOCATORIA, NUMERALES 3 Y 4 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
126	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO, ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	PROQUINAT PRODUCTOS QUIMICOS Y NATURISTAS	NO APLICA	NO APLICA	GEL ANTIBACTERIAL	México	REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONAL ES, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS A), C), E) Y F), CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA, NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS POR LO QUE TAMPOCO ES FACTIBLE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCIÓN PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
127	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	MEDEVOLUTION SAPIDE C.V.	0782C202055A	MEV-150219-DYO	MEDEVOLUTION ÓMASK	México	REPRESENTACIONES BALLMAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																			
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA									
128	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	11,215,004	GRUPO TOGESA S.A. DE C.V.	0406C202055A	GTO080404DF4	CUBREBOCA QUIRURGICO DESECHABLE TOGESA	México	RETAIL MEDICAL DEPOT S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE		
129	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	878,000	351,200	ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	NO APLICA	ALT1010926BY0	FACTOR C	México	S3, HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISOS AL C), E) Y F), CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO. TODA VEZ QUE NO INDICA EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS POR LO QUE TAMPOCO ES FACTIBLE VALIDAR QUE LA CARTA DE RESPALDO SEA EXPEDIDA POR UN TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.		
130	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	ASISTENCIA Y COACHING MEDICO ESA, S. DE R.L. DE C.V.	0838C20055A	ACM70602BQ6	MASKLIFE	México	S3, HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2 " PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.		
131	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	30	PZA	5,959,163	14,897,906	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S. DE R.L. DE C.V.	0536C202055A	CPT0006075M2	CUBREBOCAS COPROTEX	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN LA COLUMNA "RESULTADO DICEBIS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.		
132	6	060	066	1250	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	351,200	878,000	COTEPLAST, S.A. DE C.V.	0419C202055A	COT16051E1X2	GOT-GEL	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA Y 3 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO EXHIBE AVISO DE FUNCIONAMIENTO NI AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO O EXPEDIDO POR COFEPRIS. ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO X) DE LA CONVOCATORIA.		
133	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	25	PZA	11,215,004	28,037,509	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C202055A	TPP200508IX6	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO PAM	México	SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE S.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA INCISO E) Y F) Y 4 Y 6 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO EXHIBE EL REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA EXPEDIDO POR COFEPRIS COMO FUE REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA, LO QUE GENERA INCUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE LA CARTA DE RESPALDO, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.		
134	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	5,959,163	SHENZHEN MINCCAI NEW CENTURY TECHNOLOGY Co Ltd	N/A	N/A	MASCARILLA PROTECTORA KN95	China	SERVICIOS Y SUMINISTROS PYRAMIDE S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO PRESENTA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, NO OFERTA EL BIEN CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR LO QUE INCUMPLE CON LOS NUMERALES 4.2 INCISO E) Y F) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO. ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR NO PRESENTAR MUESTRAS NI DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL ANEXO CLAVES CON MUESTRA PARA LA PARTIDA OFERTADA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), V) Y W) DE LA CONVOCATORIA.		
135	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	Internacional Neutraeuctics Company S.A. de C.V.	0757C2020	JOSE ANTONIO VALDEZ ROMO DE VIVAR	CUBREBOCAS CON TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA FILTRO INTERMEDIO SPRUNBOND DE 25G/MCM CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO E HIPOALERGENICO CON RESORTE AJUSTABLE RETROARTICULAR. NO ESTERIL, DESECHABLE Y DE UN SOLO USO	México	SIMATECH DEL SUR S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.		

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
CO NSE CUT IVO	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA								
136	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,754	11,215,004	DBL LEATHERS, S.A. DE C.V.	0728C202055A	DEL0603308B4	D-MASK CUBREBOCAS DESECHABLES	México	SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN; POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.	
137	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	5,959,163	PROVEEDOR SUELERO HERJA, S.A. DE C.V.	0691C202055A	PSH180522HE3	CUBREBOCAS HERJA	México	SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
138	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	GRUPO ZET INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0843C202055A	GZI-860210-EQ3	NOVO PROTECT	México	SOPORTE MEDICO INTEGRAL S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
139	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C202055A	TPP200508IX6	CUBREBOCAS PAM	México	STAR ALAI S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
140	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	TAZAMAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NA CERTIFICADO NYCE 1802C200008	TCO190409AA5	NA	China	TAZAMAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. PARA LA CLAVE REQUERIDA ERA NECESARIO QUE EL LICITANTE ANEXARA REGISTRO SANITARIO, SIN QUE HAYA PLASMADO NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI EXHIBIDO ESTE, POR LO QUE INCUMPLE CON EL REQUISITO CONTENIDO EN EL NUMERAL 4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA, Y NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G), X) Y W) DE LA CONVOCATORIA. ANEXAR DEMÁS CAUSAS	
141	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	5,607,502	TECNOLOGÍA CON VALOR HUMANO), S.A. DE C.V.	1371C202055A	TVH710406A95	ALPHA PROTECT	México	TECNOLOGÍA CON VALOR HUMANO, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
142	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE./Modelo 9030	PZA	1	PZA	5,959,163	14,897,906	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE REGISTRO OFICIO 16330C02010579	AMA06004208FA	Respirador Purificado de aire presión negativa, contra partículas clase N95	México	TECROM, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN; POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	
143	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLUSADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	ARTE EN DENIM S.A. DE C.V.	0895C202055A	ADE100928V55	Cubrebocas de tres capas desechable	México	TECROM, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMCI/3801 QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN; POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																			
		CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD									
CO NSE CUT IVO	PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
144	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO, CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR, DESECHABLE Cubre bocas o máscara facial desechable compuesta de tres capas termoselladas, (CAPA 1 (BASE) elaborada de Tela blanca spunbond 100% polipropileno con un gramaje/medida de 25 g, CAPA 2 (Media) elaborada de Tela blanca spunbond o meltblown 100% polipropileno con un gramaje/medida 25 g y la CAPA 3 (Frontal) elaborada de tela azul spunbond 100% polipropileno, con un gramaje/medida 25 g), con elastico para asegurar la máscara y	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	0769C202055A	TPP200508IX6	CUBREBOCAS TRICAPA TERMOSELLADO PAM	México	TEXTILERIA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE		
145	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 01 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIEDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA, DESECHABLE.	PZA	1	PZA	14,897,906	7,448,953	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	AMA06004208FA	MASCARILLA AP M10 (CC)	México	TODO PARA LA SALUD MARK S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS DE INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL "OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN", POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.		

DATOS ASERTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO PROPUESTA TÉCNICA																		
	CLAVE				DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
	PARTIDA	GPO	GEN	ESP		UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA								
CO NSE CUT IVO	146	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,760	14,018,760	TUROPLASTICS S.A. DE C.V.	0758C202055A	TURO90609BN9	Cubre bocas plisado de tres capas sellado con ultrasonido Cubrebocas "BLUUM"	México	TUROPLASTICS S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA Y 3 DEL ANEXO 2 TÉCNICO, TODA VEZ QUE NO EXHIBE AVISO DE FUNCIONAMIENTO NI AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO O EXPEDIDO POR COFEPRIS, ADICIONALMENTE EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO 09 A3 61 2070/DMC/3799 POR LO QUE SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTOS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISOS G) Y X) DE LA CONVOCATORIA.
	147	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	28,037,509	11,215,004	UNIFORMES POTENZA VIVE S.A. DE C.V.	0914C202055A	UPV717214T31	CB-3CL	México	UNIFORMES POTENZA VIVE S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO PRESENTA COMO PARTE DE SU PROPUESTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS A SU NOMBRE, CONFORME FUE REQUERIDO EN EL NUMERAL 4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA CON RELACIÓN AL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2, ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 6 INCISO G) DE LA CONVOCATORIA.
	148	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	7,448,953	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	NA CERTIFICADO NYCE 1802C200008	AMA06004208FA	AIR PRO	México	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE" POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL "OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN", POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
	149	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	14,018,755	14,018,755	Biomics Lab México, S.A. de C.V.	0638C2 020 SSA	BLM20012KD7	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE (Biomics Lab)	México	WALTEM, S.A. DE C.V.	CUMPLE TÉCNICAMENTE
	150	2	060	621	0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	7,448,953	7,448,953	Estereo scopia Digital, S.A. de C.V.	No aplica	EDI150303P71	RESPIRADOR DESECHABLE DE PRESION NEGATIVA, LIBRE DE MANTENIMIENTO, N95	México	WALTEM, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 DEL ANEXO TÉCNICO POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN "COMENTARIOS DICBS", ASÍ COMO CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE POR LOS MOTIVOS INDICADOS EN EL OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.
151	1	060	621	0656	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLUSADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE	PZA	1	PZA	11,215,004	28,037,509	International Neutraeuctics Company S.A. de C.V.	0757C202055A	INE19018CV6	Cubre bocas de tres capas interceutics	México	WASPMED S.A.P. DE C.V.	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA, "METODO DE PRUEBAS E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ", TODA VEZ QUE NO DIO CUMPLIMIENTO AL ANEXO 2 TÉCNICO, NUMERAL 2, "PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" AL NO PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 INCISO G) Y W) DE LA CONVOCATORIA.	

Ing. Mario Alberto Medina Olguin

Titular de la División de Material de Curación e Instrumental de la Coordinación de Control Técnico de Insumos

Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño

Titular de la División de Planación de Bienes Terapéuticos

Dr. Luis Solís Anaya

Titular de la División de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud