DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
76	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA		PZA	[illegible]	1377 445	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	0954C2018 SSA	MMD1407027 58	PROVEMEDIC	MEXICO	COMERCIALIZADORA DIAPER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1920	El resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
77	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA		PZA	658 725	658 725	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	0954C2018 SSA	MMD1407027 58	PROVEMEDIC	MEXICO	COMERCIALIZADORA DIAPER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1917	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
78	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO. DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	3.500.000	3.500.000	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	2174C2018 SSA	MMD1407027 58	PROVEMEDIC	MEXICO	COMERCIALIZADORA DIAPER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1915	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
79	11	060	439	0088	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO. DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	892.174	892.174	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	2174C2018 SSA	MMD1407027 58	PROVEMEDIC	MEXICO	COMERCIALIZADORA DIAPER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1911	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
80	17	060	130	0045	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G.M. CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	4.057 440	4.057 440	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	2174C2019 SSA	MMD1407027 58	PROVEMEDIC	MEXICO	COMERCIALIZADORA DIAPER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1922	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
8[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	[illegible]	PZA	20,8[illegible]	8,324,7[illegible]	Biomics Lab Mexico S.A de C.V	0638C2020SSA	BLM200122K07	CUBREBOCA [illegible] QUIRURGICO [illegible] DESECHABLE BIOMICS LAB.	MEXICO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/[illegible]	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
82	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	Biodan, S.A de C.V	1674C2017SSA	BIO 160616RR8	Ropa Quirurgica PROTEKCIA	MEXICO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1.11.2 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice: "Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga senales de haber sufrido ruptura previa" y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
83	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,437	Biodan S.A de C.V	1674C2017SSA	BIO 160616RR8	Ropa Quirurgica PROTEKCIA	MEXICO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1.11.2 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice: "Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga senales de haber sufrido ruptura previa" y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
84	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	305,540	122,216	Biodan, S.A de C.V	1674C2017SSA	BIO 160616RR8	Ropa Quirurgica PROTEKCIA	MEXICO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1.11.2 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice: "Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga senales de haber sufrido ruptura previa" y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
8[illegible]	7	060	231	0623	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	Biomics Lab Mexico S.A de C.V	0645C2020SSA	BLM200122K07	Bata Quirurgica desechable Biomics Lab	MEXICO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2056	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
86	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	Biomics Lab Mexico, S.A. de C.V.	0645C2020SSA	BLM200122KD7	Bata Quirurgica desechabre Biomics Lab	MEXICO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2058	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida.
87	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1,317,450	526,980	Biomics Lab Mexico, S.A. de C.V.	0645C2020SSA	BLM200122KD7	Bata Quirurgica desechable Biomics Lab	MEXICO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OZORA S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2060	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida.
88	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	MEDICALINE HEALTHCARE SOLUTIONS SA DE CV	0608C2020SSA	MHS180316719	MEDICALINE	MEXICO	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos: numero de registro sanitario, fecha de caducidad, Pais de origen y contenido motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
89	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION, ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	MEDICALINE HEALTHCARE SOLUTIONS, SA DE CV	0608C2020SSA	MHS180316719	MEDICALINE	MEXICO	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos: Pais de origen, fecha de caducidad, contenido y el numero de Registro Sanitario, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
90	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	305,540	122,216	MEDICALINE HEALTHCARE SOLUTIONS SA DE CV	0608C2020SSA	MHS18031671A	MEDICALINE	MEXICO	COMERCIALIZADORA LAVIC S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos: fecha de caducidad, contenido, Pais de origen y Registro Sanitario, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA		NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO									
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
91	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634.890	1053.956	MEDICALINE HEALTHCARE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	MHS180316719	MEDICALINE	MEXICO	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos pais de origen datos del fabricante y contenido motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
92	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634.890	1053.956	MEDICALINE HEALTHCARE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	MHS180316719	MEDICALINE	MEXICO	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos Pais de origen y contenido motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
93	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317.450	526.980	MEDICALINE HEALTHCARE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	MHS180316719	MEDICALINE	MEXICO	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos. Pais de origen y contenido, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
94	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8.114.880	3.245.952	MEDICALINE HEALTHCARE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0608C2020SSA	MHS180316719	MEDICALINE	MEXICO	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, no indica Numero de registro sanitario fecha de caducidad, pais de origen, direccion del fabricante y contenido., motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
95	19	060	066	1250	00	01	GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70 % W/W ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGENICO ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR	ENV	1	LTO	439.000	175.600	ABSARA COSMETICS S.A.P.I. DE C.V.	0833C2021SSA	ACO170727-K1	BLANC+PUR	MEXICO	COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070-DMCI-2037	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
96	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20,811,790	8,324,716	ADEUM S.A. de C.V.	0510C2020 SSA	ADE 140304-KQ5	Cubrebocas quirurgico desechable ADEUM	MEXICO	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra recibida ostenta como fecha de fabricacion 2/05/2021 por su parte la fecha de caducidad referida en el etiquetado del producto corresponde a 2/05/2024 es decir el periodo de caducidad que ostenta el producto es de 36 meses sin embargo esto se contrapone con lo tambien declarado en la misma etiqueta de la muestra que indica 24 meses a partir de la fecha de produccion (usar antes) comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
97	3	060	441	0019	00	00	GOGGLES DE SEGURIDAD CON VALVULAS DE VENTILACION INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO ERGONOMICOS, CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA, CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FACILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO O CARA CON PRESION UNIFORME HERMETICO A NIVEL DE LOS OJOS Y AREAS CIRCUNDANTES CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS DE LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS. LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS IMPACTOS (GOLPES Y CAIDAS) Y RALLADURAS CON TRATAMIENTO ANTI-EMPAÑANTE CON CINTA SUJETADORA CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICION DURANTE LA ACTIVIDAD CLINICA QUE PUEDE LIMPIARSE CON SOLUCIONES DESINFECTANTES, SIN DAÑARSE REUTILIZABLE	PZA	1	PZA	1,107,690	443,076	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	CHINA	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	Cada pieza entregada por la empresa licitante carece de etiquetado alguno (los datos referentes a la identificacion del producto son los declarados en el envase secundario inviolado recibido, mismos que no indican tampoco la informacion minima requerida en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, no indica Datos del fabricante ni contenido), incumpliendo con la inspeccion de etiquetado declarada en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, asi como con el requisito indicado en el numeral 2.- Pruebas, metodo de evaluacion y resultado minimo que debe obtenerse del Anexo 2 ANEXO TECNICO de la convocatoria que establece: "La cantidad de muestras indicada en el anexo denominado "Claves con Muestra", las cuales deberan corresponder a un mismo numero de lote por clave-marca a ofertar, inviolados y etiquetadas conforme lo establece la NOM-137-SSA1-2008- Etiquetado de dispositivos medicos." Lo anterior en el entendido que la NOM-137-SSA1-2008 en su apartado 4. Informacion sanitaria, sub numeral 4.1.1 Informacion minima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos medicos sujetos al cumplimiento de esta Norma, refiere la informacion a declararse en las etiquetas o contraetiquetas de los productos objeto de dicha Norma, en su envase o empaque de venta, es decir, en cualquier parte del envase o empaque primario, secundario y multiple o colectivo, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
98	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	ADEUM, S.A. de C.V.	0510C2020 SSA	ADE-140304-KQ5	Bata quirurgica ADEUM	MEXICO	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos caducidades, por un lado presenta la leyenda "fecha de caducidad 3/06/2024" (36 meses a partir de la fecha de fabricacion), lo cual se contrapone al ostentar la leyenda "fecha de caducidad 24 meses a partir de la fecha de produccion (usar antes)" comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
99	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	ADEUM S.A. de C.V.	0510C2020 SSA	ADE-140304-KQ5	Bata quirurgica ADEUM	MEXICO	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra recibida ostenta como fecha de fabricacion 3/06/2021 por su parte la fecha de caducidad referida en el etiquetado del producto corresponde a 3/06/2024 es decir, el periodo de caducidad que ostenta el producto es de 36 meses, sin embargo, esto se contrapone con lo tambien declarado en la misma etiqueta de la muestra que indica 24 meses a partir de la fecha de produccion (usar antes), comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
100	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	305,540	122,216	ADEUM S.A. de C.V.	0510C2020 SSA	ADE-140304-KQ5	Bata quirurgica ADEUM	MEXICO	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra recibida ostenta como fecha de fabricacion 3/06/2021, por su parte la fecha de caducidad referida en el etiquetado del producto corresponde a 3/06/2024 es decir, el periodo de caducidad que ostenta el producto es de 36 meses sin embargo esto se contrapone con lo tambien declarado en la misma etiqueta de la muestra que indica 24 meses a partir de la fecha de produccion (usar antes) comprometiendo la calidad del producto motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TECNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACION DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAIS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
101	7	060	231	0823	[illegible]	[illegible]	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2 634 890	1 053 956	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	MEXICO	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos: datos del fabricante, respecto al contenido la etiqueta indica dos leyendas la primera dice 5 batas muestras y la segunda dice 100 batas por caja 10 batas por bolsa. Adicionalmente, El licitante presento muestra que ostenta en su etiqueta la fecha de fabricacion (3/06/2021) y la fecha de caducidad (3/06/2024), la diferencia entre las dos fechas da un plazo de 36 meses, sin embargo abajo de las fechas el fabricante incluye la leyenda que dice "Fecha de caducidad 24 meses a partir de la fecha de produccion (usar antes)" lo cual incumple de acuerdo al numeral 325 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
102	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	2 634 890	1 053 956	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	MEXICO	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos caducidades, por un lado presenta la leyenda "fecha de caducidad 3/06/2024" (36 meses a partir de la fecha de fabricacion), lo cual se contrapone al ostentar la leyenda "fecha de caducidad 24 meses a partir de la fecha de produccion (usar antes)" comprometiendo la calidad del producto. Aunado a esto, en tres de las piezas presentadas por el licitante se identifico que el etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos: Denominacion generica o nombre generico, numero de Registro otorgado por la Secretaria de Salud, numero de lote, contenido y fecha de caducidad, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
103	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	1 317 450	526 980	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	No requiere de conformidad con lo señalado en el Anexo 4 denominado "Anexo Claves con Muestra 2021"	MEXICO	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra recibida ostenta como fecha de fabricacion 3/06/2021, por su parte la fecha de caducidad referida en el etiquetado del producto corresponde a 3/06/2024, es decir, el periodo de caducidad que ostenta el producto es de 36 meses; sin embargo, esto se contrapone con lo tambien declarado en la misma etiqueta de la muestra que indica 24 meses a partir de la fecha de produccion (usar antes), comprometiendo la calidad del producto; adicional a lo anterior, el licitante presento 3 de 5 muestras en una bolsa de plastico transparente, sin indicar el lote, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
104	10	060	439	0070	00	01	CORPO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7 000 000	2 800 000	No aplica con base en el acuerdo publicado en el DOF el 22/12/2014	No aplica con base en el acuerdo publicado en el DOF el 22/12/2014	No aplica con base en el acuerdo publicado en el DOF el 22/12/2014	No aplica con base en el acuerdo publicado en el DOF el 22/12/2014	CHINA	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	Los envases primarios presentan toda la informacion en idioma chino y ciertas leyendas en ingles, nada en español. El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos (fabricante ni contenido), motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
105	7	060	231	0823	00	0					2634890	1053956					MEXICO	COMERCIALIZADORA MORAIRA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos no presenta "Contenido" motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																				EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA									NUMERAL 2 DEL ANEXO TECNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
106	8	060	231	0815	00	01					2,634,890	1,053,956					MEXICO	COMERCIALIZADORA MORAIRA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la información mínima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como información que deberá contener el etiquetado de los dispositivos medicos no presenta "Contenido" motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
107	9	060	231	0807	00	01					1,317,457	527					MEXICO	COMERCIALIZADORA MORAIRA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la información mínima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como información que deberá contener el etiquetado de los dispositivos medicos no presenta "Contenido". Aunado a lo anterior la fecha de caducidad indicada en el etiquetado del producto no es especifica dado que no declara el dato de fecha de fabricacion y la misma no coindice con el dato declarado en la documentacion adjunta en el Formato de acuse el proveedor (05/09/2023). Cabe aclarar que en el mismo formato se indica como fecha de fabricacion el dato 05/09/2021, la cual siguiendo el formato de (dd/mm/aaaa) no tiene sentido pues indicaría que se fabricó en septiembre, por lo que no se tiene certeza del dato de fabricacion como el de caducidad y no se puede verificar porque no se entregó Certificado de calidad, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
108	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO CON BANDAS RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20,811,790	8,324,716	COMERCIALIZADORA VEGEN S.A. DE C.V.	0535C2020 SSA No. DE SOLICITUD 2033 01-0110106	CVE-150625-US1	VEDEN	MEXICO	CONSTRUDRAGDE S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI1873	El licitante no presentó copia del Registro sanitario motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
109	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. NO ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VEDEN	MÉXICO	CONSTRUDRAGDE S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI1979	El resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
110	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. NO ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VEDEN	MEXICO	CONSTRUDRAGDE S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI1986	El resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
111	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1,317,450	526,980	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VEDEN	MEXICO	CONSTRU DRAGDE. S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1981	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
112	10	060	439	0076	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7,000,000	2,800,000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VEDEN	MEXICO	CONSTRU DRAGDE S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1982	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
113	11	060	439	0088	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	4,460,870	1,784,348	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VEDEN	MEXICO	CONSTRU DRAGDE. S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1983	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
114	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 - DE POLIPROPILENO TIPO SMS. DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8,114,880	3,245,952	COMERCIALIZADORA VEDEN, S.A. DE C.V.	1231C2020 SSA	CVE-150625-US3	VEDEN	MEXICO	CONSTRU DRAGDE S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	La muestra recibida presenta en su etiquetado como denominacion distintiva la leyenda Bota quirurgica, sin embargo en el Registro Sanitario Num. 1231C2020 SSA, ostentado en la etiqueta, y del cual el licitante presento copia, refiere Bota quirurgica COVEDEN, por lo cual se encuentra una diferencia entre la denominacion distintiva autorizada por COFEPRIS en el Registro Sanitario y la que se utiliza para identificar la muestra, adicional a lo anterior, tanto en el escrito de solicitud del licitante y el acuse de recibo muestra la marca que declara tambien es diferente, indica VEDEN, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
115	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	BIOTECNOLOGIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	NO REQUIERE D.O.F. 22/DIC/2014	BOC 130201 3P4	BIOTEC	MEXICO	CONVERMEDIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1994	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
116	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	2.634.890	1.053.956	BIOTECNOLOGIAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	NO REQUIERE D.O.F 22/DIC/2014	BOC 130201 3P4	BIOTEC	MEXICO	CONVERM EDIC DE MEXICO S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1996	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
117	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	1.317.450	526.980	BIOTECNOLOGIAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	NO REQUIERE. D.O.F 22/DIC/2014	BOC 130201 3P4	BIOTEC	MEXICO	CONVERM EDIC DE MEXICO S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1995	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
118	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7.000.000	2.800.000	BIOTECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	NO REQUIERE. OFICIO No 163300CO210666	BOC 130201 3P4	BIOTEC	MEXICO	CONVERM EDIC DE MEXICO, S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1997	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
119	11	060	439	0088	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	4.460.870	1.784.348	BIOTECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	NO REQUIERE OFICIO No 163300CO210666	BOC 130201 3P4	BIOTEC	MEXICO	CONVERM EDIC DE MEXICO. S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1993	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
120	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS DE 35 G.M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8.114.880	3.245.952	BIOTECNOLOGIAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	2336C2015 SSA	BOC 130201 3P4	BIOTEC	MEXICO	CONVERM EDIC DE MEXICO S.A. DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070 DMCI/1992	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO A PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	CEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
121	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR. PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO. AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10.477.920	4.191.168	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0536C2020SSA	CPT0006075 M2	WFB/COPROTEX	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en el anexo 2 ya que no presenta la leyenda validado por Nyce seguida del numero de informe de resultados en sus envases primario y secundario o en su defecto referenciar el numero de informe como quedo consignado en la junta de aclaraciones el licitante presento copia del informe de resultados de ensayo numero NL-DM-083324 emitido por Nyce Laboratorios S.C. encontrandose las siguientes inconsistencias. La marca declarada en el informe es WFB 95 sin embargo la marca declarada en el etiquetado de la muestra es COPROTEX referente al anexo fotografico que se incluye como parte del informe se aprecia que las piezas tienen en tinta negra los datos WFB-95 y hecho en Mexico y las piezas recibidas fisicamente presentan ademas la palabra COPROTEX se detecto que el informe proporcionado por el licitante esta manipulado ya que copia de este mismo numero de informe se recibio directamente de NYCE Laboratorios S.C. el cual incluye una tabla con los resultados obtenidos observandose una columna que indica que 32 de 39 ensayos no cumplen sin embargo en la copia proporcionada por el licitante esa columna fue eliminada el licitante tampoco presento Certificacion de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009 expedida por Normalizacion y Certificacion Electronica A.C. (NYCE) o expedida por NIOSH motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
122	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20.811.790	8.324.716	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0536C2020SSA	CPT0006075 M2	COPROTEX	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2149	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
123	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611 080	244 432	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0955C2020SSA	CPT0006075 M2	WFB	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote por un lado en una etiqueta el numero de lote indicado es 2072, sin embargo en otra etiqueta, el numero de lote es 2154, comprometiendo la calidad del producto, aunado a lo anterior el licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0955C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para Bata quirurgica desechable, declarando ("No esteril") sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro se contrapone al declarar (Esteril). motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.
124	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0955C2020SSA	CPT0006075 M2	WFB	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote por un lado impreso sobre el envase una etiqueta el numero de lote indicado es 2072 sin embargo en el sobre etiquetado adherido al envase el numero de lote es 2154 aunado a lo anterior El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0955C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para (Bata Quirurgica desechable) declarando (Producto No esteril), sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro se contrapone al declarar (Producto ESTERIL), comprometiendo la calidad del producto, motivos por los cuales l incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
125	6	060	231	0660	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	305 540	122 216	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0955C2020SSA	CPT0006075 M2	WFB	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote por un lado en una etiqueta sobre el envase (bolsa de plastico) el numero de lote indicado es 2072 sin embargo en otra contraetiqueta adherida al envase el numero de lote es 2154 ademas presenta dos marcas diferentes en una etiqueta se indica WFB (indicada como marca en el Registro Sanitario) y en otra etiqueta se indica marca COPROTEX comprometiendo la calidad del producto aunado a lo anterior el licitante Presento copia del Registro Sanitario Numero 0955C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para Bata Quirurgica declarando ser para un producto No Esteril sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro se contrapone al declarar ser un producto esteril [illegible] incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
126	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0955C2020SSA	CPT0006075 M2	WFB	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2074	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
127	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0955C2020SSA	CPT0006075 M2	WFB	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2008	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
128	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1,317,450	526,980	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0955C2020SSA	CPT0006075 M2	WFB	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos marcas diferentes, por un lado impreso sobre el envase (bolsa de plastico), indica marca WFB sin embargo en otra contraetiqueta adherida al envase se indica marca COFROTEX, comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
129	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7,000,000	2,800,000	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0957C2020SSA	CPT0006075 M2	COFROTEX	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0957C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para gorro quirurgico desechable declarando Gorro quirurgico desechable de 30 y 45 gramos sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro se contrapone al declarar 17 gramos, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
130	11	060	439	0088	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	4,460,870	1,784,348	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	0957C2020SSA	CPT0006075 M2	COFROTEX	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE R L DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2076	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
131	17	060	130	0015	[illegible]	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	[illegible]	PAR	[illegible]	[illegible]	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTILES DE R.L DE C.V	0957C2020SSA	CPT0006075 M2	COPROTEX	MEXICO	CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTILES DE R.L DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DM[illegible]1873	El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0957C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para Ropa Quirurgica de tarango Zapatos Quirurgicos desechables de 30 g y 45grs sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro se contrapone al declarar que el gramaje del producto es de 35g m2 motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) de numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
132	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20 811 790	8 324 716	GRUPO FOR HEALTHY REASONS, S DE R.L DE C.V	0950C2020 SSA	GFH200611T80	CUBREBOCAS DESECHABLE 3PC	MEXICO	DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD SA DE C.V	NO CUMPLE NO PRESENTA	NO PRESENTARON MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTO MUESTRAS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS	NO PRESENTO MUESTRAS NI DOCUMENTOS POR LO QUE NO FUE OBJETO DE PRUEBAS
133	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611 080	244 432	BIODAN SA DE CV	1674C2017SSA	BIO160616RR8	ROPA QUIRURGICA PROTEKCIA	MEXICO	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1673	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo" "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
134	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA, CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	611 080	244 432	BIODAN SA DE C.V	1674C2017SSA	BIO160616RR8	ROPA QUIRURGICA PROTEKCIA	MEXICO	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo" "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas" como se consigno en la junta de aclaraciones motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
135	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	305 540	122 216	BIODAN SA DE C.V	1674C2017SSA	BIO160616RR8	ROPA QUIRURGICA PROTEKCIA	MEXICO	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo" [illegible] motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA		NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO									
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
136	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	0645C2020SSA	BLM200122KD7	BATA QUIRURGICA DESECHABLE BIOMICS LAB	MEXICO	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2050	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
137	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	0645C2020SSA	BLM200122KD7	BATA QUIRURGICA DESECHABLE BIOMICS LAB	MEXICO	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2048	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
138	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1,317,450	526,980	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	0645C2020SSA	BLM200122KD7	BATA QUIRURGICA DESECHABLE BIOMICS LAB	MEXICO	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARZIES SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2052	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida.
139	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S.A DE C.V	0837C2018 SSA	IGL050721I65	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2010	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
140	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S A DE C.V	0837C2018 SSA	IGL050721I65	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2011	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
141	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	305,540	122,216	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	0837C2018 SSA	IGL060721I85	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2012	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
142	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	NITROMED S.A. DE C.V.	NO APLICA	NIT170508QM0	NITROMED	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2013	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
143	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	NITROMED S.A. DE C.V.	NO APLICA	NIT170508QM0	NITROMED	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2014	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
144	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1,317,450	526,980	NITROMED S.A. DE C.V.	NO APLICA	NIT170508QM0	NITROMED	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2016	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
145	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7,000,000	2,800,000	B&MED S.A. DE C.V.	1782C2018 SSA	B&M071015BV5	GORRO PARA CIRUJANO Y/O PACIENTE B&MED	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos (Denominacion distintiva y/o marca), motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																		EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA							NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO				
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
146	11	060	439	0086	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	4,460,870	1,784,348	B&MED S.A. DE C.V.	1782C2018 SSA	B&M0710158 V5	GORRO PARA CIRUJANO Y/O PACIENTE B&MED	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos no presenta Denominacion distintiva y(o) marca, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
147	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8,114,880	3,245,952	B&MED S.A. DE C.V.	1780C2018 SSA	B&M0710158 V5	BOTA QUIRURGICA DESECHABLE B&MED	MEXICO	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos Denominacion distintiva y(o) marca, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
148	3	060	441	0019	00	00	GOOGLES, DE SEGURIDAD, CON VALVULAS DE VENTILACION INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPANAMIENTO, ERGONOMICOS, CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA, CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FACILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO O CARA, CON PRESION UNIFORME, HERMETICO A NIVEL DE LOS OJOS Y AREAS CIRCUNDANTES, CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS DE LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS, LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS (GOLPES Y CAIDAS) Y RALLADURAS, CON TRATAMIENTO ANTI-EMPANANTE, CON CINTA SUJETADORA CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICION DURANTE LA ACTIVIDAD CLINICA, QUE PUEDE LIMPIARSE CON SOLUCIONES DESINFECTANTES, SIN DANARSE REUTILIZABLE.	PZA	1	PZA	1,107,690	443,076	EMPAQUES U-PACK, S.A. DE C.V.	NO APLICA	NO APLICA	EMPAQUES U-PACK	MEXICO	EMPAQUES U-PACK, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	Cada pieza entregada por la empresa licitante carece de etiquetado alguno (los datos referentes a la identificacion del producto son los declarados en el envase secundario inviolado recibido), incumpliendo con la inspeccion de etiquetado declarada en el ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, asi como con el requisito indicado en el numeral 2.- Pruebas, metodo de evaluacion y resultado minimo que debe obtenerse del Anexo 2 ANEXO TECNICO de la convocatoria que establece: "La cantidad de muestras indicada en el anexo denominado "Claves con Muestra", las cuales deberan corresponder a un mismo numero de lote por clave-marca a ofertar, invioladas y etiquetadas conforme lo establece la NOM-137-SSA1-2008- Etiquetado de dispositivos medicos." Lo anterior en el entendido que la NOM-137-SSA1-2008 en su apartado 4. Informacion sanitaria sub numeral 4.1.1 Informacion minima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos medicos sujetos al cumplimiento de esta Norma, refiere la informacion a declararse en las etiquetas o contraetiquetas de los productos objeto de dicha Norma, en su envase o empaque de venta, es decir, en cualquier parte del envase o empaque primario, secundario y multiple o colectivo, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
149	19	060	066	1250	00	01	GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES, HIPOALERGENICO ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR	ENV	1	LTO	439,000	175,600	ABSARA COSMETICS, S.A.P.I. DE C.V.	0833C2021SSA	ACO1107274K1	VLANC+PIUR	MEXICO	EMPAQUES U-PACK, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1880	Cada pieza entregada por la empresa licitante carece de etiquetado alguno (los datos referentes a la identificacion del producto son los declarados en el envase secundario inviolado recibido), incumpliendo con la inspeccion de etiquetado declarada en el A
150	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	BIODAN, S.A. DE C.V.	1674C2017 SSA	BIO160616RR8	BATA QUIRURGICA EXTRAGRANDE BIODAN	MEXICO	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos: Denominacion distintiva y(o) marca, pais de origen, contenido, numero de Registro sanitario y fecha de caducidad. Adicional a lo anterior el etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice: " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril" "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga senales de haber sufrido ruptura previa" y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion, tales como: "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA

EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

CLAVE								PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
151	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA, CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	[illegible]	[illegible]	BIODAN S.A. DE C.V.	1674C2017 SSA	BIO1606I6RR8	BATA QUIRURGICA GRANDE BIODAN	MEXICO	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, no indica Denominacion distintiva y(o) marca, país de origen, numero de Registro otorgado por la Secretaria de Salud ni contenido. Aunado a lo anterior. El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice: " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente: "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como: "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
152	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA, CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	305,540	122,216	BIODAN S.A. DE C.V.	1674C2017 SSA	BIO160616RR8	BATA QUIRURGICA MEDIANA BIODAN	MÉXICO	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento muestra en condiciones diferentes a las solicitadas ya que un envase recibido esta abierto o violado, y otro se presenta dañado comprometiendo la calidad del producto, aunado a lo anterior el licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos. Denominacion distintiva y(o) marca, país de origen y contenido, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
153	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	BIODAN S.A. DE C.V.	1674C2017 SSA	BIO160616RR8	BATA DESECHABLE EXTRAGRANDE BIODAN	MEXICO	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos. Denominacion distintiva y(o) marca, país de origen y contenido motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
154	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	BIODAN, S.A. DE C.V.	1674C2017 SSA	BIO160616RR8	BATA DESECHABLE GRANDE BIODAN	MEXICO	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, no indica la Denominacion distintiva y(o) marca, país de origen y contenido. Adicional a lo anterior, durante la inspeccion realizada se detecto que las piezas recibidas presentan una mancha cerca del cuello de las prendas, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
155	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	1,317,450	526,980	BIODAN S.A. DE C.V.	1674C2017 SSA	BIO160616RR8	BATA DESECHABLE MEDIANO BIODAN	MEXICO	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos. Denominacion distintiva y(o) marca, país de origen y contenido motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	CPO	CEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
156	[illegible]	060	430	0770	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7.000.000	2.800.000	BIODAN SA DE CV	1674C2017 SSA	BIO160616RR8	GORRO REDONDO DESECHABLE MEDIANO BIODAN	MEXICO	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	El licitante presento escrito dirigido a la COCTI en el cual no indica la clave a evaluar, sin embargo la etiqueta adherida a la muestra presentada identifica la clave 060.430.0770.00.01 correspondiente a un gorro tamaño mediano lo cual se contrapone a lo declarado en la descripcion del etiquetado que lo identifica como un gorro tamaño grande, asi mismo solo se recibio un paquete y debieron ser dos con 100 piezas cada uno. Se observa a traves de su envase primario que el producto corresponde a una BOTA y no a un gorro, la muestra presentada por el licitante no contiene en su etiquetado la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR 2021" como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, no presenta Denominacion distintiva y/o marca, País de origen, fabricante, numero de lote ni contenido, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), x) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO"
157	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8.114.880	3.245.952	BIODAN SA DE CV	1674C2017 SSA	BIO160616RR8	BOTA QUIRURGICA BIODAN	MEXICO	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	La clave que oferta el licitante y que indica en su envase y en el Acuse de recibo de muestra Sustancias de referencia, reactivos y documentacion corresponde a una bota quirurgica, sin embargo la muestra que entrego es un gorro, el etiquetado de la muestra no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, no indica Denominacion distintiva y/o marca, pais de origen y contenido, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
158	[illegible]	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV	0309C2013 SSA	EEE8309098M4	BATA QUIRURGICA DESECHABLE DHGIENEEE	MEXICO	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0309C2013 SSA emitido por la COFEPRIS para Bata quirurgica declarando como razon social del fabricante a Ropa de Proteccion, sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro declara como fabricante a Ropa de Proteccion SA de CV lo cual difiere de lo declarado en el Registro Sanitario motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
159	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV	0309C2013 SSA	EEE8309098M4	BATA QUIRURGICA DESECHABLE DHGIENEEE	MEXICO	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE. SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0309C2013 SSA emitido por la COFEPRIS para Bata Quirurgica Desechable declarando Fabricado por Ropa de Proteccion, sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro sanitario se contrapone al declarar como fabricante Ropa de Proteccion, SA de CV, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
160	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 % O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS [illegible] ENTORCHADAS A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10,477,920	4,191,168	ESTEREOSCOPIA DIGITAL SA DE CV	CERTIFICADO NYCE No DE INFORME NI DMI079634	EDI150303P71	ESTEREOSCOPIA MEDICA	MEXICO	ESTEREOSCOPIA DIGITAL SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	El licitante presento muestra en condiciones diferentes a las solicitadas ya que para la clave 060.621.0664.00.01 se indico que se requiere un protector respiratorio "entorchado a la cabeza" significa dos bandas elasticas donde la superior pasa por la parte posterior de la cabeza y la banda inferior alrededor del cuello y por debajo de las orejas (NO BANDAS A LAS OREJAS), sin embargo las piezas recibidas presentan bandas a las orejas, el licitante [illegible] certificacion de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009 que expide Normalizacion y Certificacion NYCE, SC, el licitante presento informe de resultados de ensayo numero NI DMI079634 emitido por Nyce Laboratorios S.C. cuya fecha de [illegible] dicho informe debera ser presentado en forma individual por cada licitante que desee participar y tener una fecha de emision no mayor a [illegible] meses con respecto a la fecha en que se presentaron las muestras y documentacion para participar, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO 4 PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACION DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
161	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA		PZA	20811790	8324716	ESTEREOSCOPIA DIGITAL S A DE C V	REGISTRO SANITARIO 1502C2020 SSA	EDI150303P71	CUBREBOCAS TRES CAPAS ESTEREOSCOPIA DIGITAL	MÉXICO	ESTEREOSCOPIA DIGITAL SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1871	El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 1502C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para un cubrebocas tres capas sin embargo la descripcion solicitada para la clave 060 621 0656 00 01 requiere un cubrebocas quirurgico de dos capas con un filtro intermedio de polipropileno por lo cual no corresponde con el material solicitado motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
162	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS. ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20811790	8324716	COHMEDIC S A DE C V	2861C2013 SSA	COH040928RY1	CUBREBOCAS DESECHABLE COHMEDIC	MÉXICO	ESTERILIZADORA DE OCCIDENTE SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1865	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
163	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7000000	2800000	COHMEDIC S A DE C V	0816C2017 SSA	COH040928RY1	GORRO PARA CIRUJANO COHMEDIC	MÉXICO	ESTERILIZADORA DE OCCIDENTE SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1868	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
164	11	060	439	0088	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	4460870	1784348	COHMEDIC S A DE C V.	0816C2017 SSA	COH040928RY1	GORRO PARA CIRUJANO COHMEDIC	MÉXICO	ESTERILIZADORA DE OCCIDENTE SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1861	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
165	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8114880	3245952	COHMEDIC S A DE C V	2708C2013 SSA	COH040928RY1	BOTA QUIRURGICA DESECHABLE COHMEDIC	MEXICO	ESTERILIZADORA DE OCCIDENTE SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1863	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
166	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10,477,920	4,191,168	[illegible] FARMEX S DE R L DE C V	0674C2020 SSA	CFA-180112-2IA	[illegible]	MEXICO	ETHOMEDICAL SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta informe de resultados de ensayo Numero NL-DM-087382 emitido por Nice Laboratorios, S.C. (el cual indica el hoja 5 de 5 que "Los resultados obtenidos para este conjunto de muestras son No satisfactorios) aunado a lo anterior El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote por un lado impreso sobre el envase (caja de carton) el numero de lote indicado es 12/NOV/2020, sin embargo en el etiquetado adherido al envase el numero de lote es 052021, comprometiendo la calidad del producto motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
167	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20,811,790	8,324,716	MEDISYN SA DE CV	0265C2021 SSA	MED-810910-4W8	CUBREBOCAS MEDISYN	MEXICO	ETHOMEDICAL SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento muestra que en el etiquetado de su envase indica una eficiencia de filtracion bacteriana (BFE) 95 , contraponiendose con lo consignado en el anexo 2 que indica que este insumo debera contar con una eficiencia de filtracion bacteriana (BFE) ≥98 , comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
168	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	CARDETEX DE AGUASCALIENTES, SA. DE C V	1600C2015 SSA	CAG-960415-757	BATA PARA QUIROFANO DESECHABLE CARDETEX	MEXICO	ETHOMEDICAL SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos (fecha de caducidad, domicilio del fabricante, denominacion distintiva y pais de origen). Ademas, el etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, como se consigno en la junta de aclaraciones, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
169	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	CARDETEX DE AGUASCALIENTES, S.A DE C V	1600C2015 SSA	CAG-960415-757	BATA PARA QUIROFANO DESECHABLE CARDETEX	MEXICO	ETHOMEDICAL SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado del producto no presenta la fecha de caducidad, el pais de origen y la marca, informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos. El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos, que a la letra dice " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente: "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como: "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas" como se consigno en la junta de aclaraciones
170	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	305,540	122,216	CARDETEX DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V	1600C2015 SSA	CAG-960415-757	BATA PARA QUIROFANO DESECHABLE CARDETEX	MEXICO	ETHOMEDICAL SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos (fecha de caducidad) motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

Omar

Omar

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
171	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	ETHOMEDICAL S.A DE C V	1292C2020 SSA	ETH-141029-N24	BATA QUIRURGICA ETHOMEDICAL	MEXICO	ETHOMEDICAL S.A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1923	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
172	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2,634,890	1,053,956	ETHOMEDICAL S.A DE C V	1292C2020 SSA	ETH-141029-N24	BATA QUIRURGICA ETHOMEDICAL	MEXICO	ETHOMEDICAL S.A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1870	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
173	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1,317,450	526,980	ETHOMEDICAL S.A DE C V	1292C2020 SSA	ETH-141029-N24	BATA QUIRURGICA ETHOMEDICAL	MEXICO	ETHOMEDICAL S.A DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1927	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
174	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20,811,790	8,324,716	COMERCIALIZADORA VEDEN S.A. DE C V	0535C2020 SSA	CVE150625US3	CUBREBOCAS COVEDEN	MEXICO	FARMA LEAL S.A. DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, no presenta Fecha de caducidad numero de lote ni pais de origen, y el cubrebocas presenta el mismo color en ambas caras, comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
175	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7,000,000	2,800,000	COMERCIALIZADORA VEDEN S.A. DE C V	NO REQUIERE	CVE150625US3	GORRO COVEDEN	MEXICO	FARMA LEAL S.A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, no presenta numero de lote, pais de origen ni fecha de caducidad, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																	EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA							NUMERAL 2 DEL ANEXO TECNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
176	11	060	439	0088	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO GRANDE DESECHABLE	PZA		PZA	[illegible]	1784 348	COMERCIALIZADORA VEDEN S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	CVE150625US 3	GORRO COVEDEN	MEXICO	FARMA LEAL SA DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos no presenta numero de lote, fecha de caducidad ni pais de origen motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
177	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8114 880	3 245 952	COMERCIALIZADORA VEDEN S.A. DE C.V	1231C2020 SSA	CVE150625US 3	BOTA QUIRURGICA COVEDEN	MEXICO	FARMA LEAL SA DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos no indica Numero de lote, pais de origen y contenido motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
178	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611 080	244 432	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S.A. DE C.V	0837C2018 SSA	IGL050721185	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	FARMACAS TELL S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	El licitante presento muestra que ostenta en su etiqueta una fecha de caducidad que dice Abril 20216, lo cual incumple con lo establecido en el numeral 5.25 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008. Etiquetado de dispositivos medicos, por lo que la muestra recibida no garantiza permanecer dentro de especificaciones, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
179	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	611,080	244,432	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S.A DE C.V	0837C2018 SSA	IGL050721185	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	FARMACAS TELL S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/2019	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
180	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	305,540	122,216	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S.A DE C.V	0837C2018 SSA	IGL050721185	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	FARMACAS TELL S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/2020	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
181	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2 634 890	1 053 956	NITROMED S A DE C V	NO APLICA	NIT170508MQ0	NITROMED	MEXICO	FARMACAS TELL S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2022	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
182	8	060	231	0815	00	02	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2 634 890	1 053 956	NITROMED S A DE C V	NO APLICA	NIT170508MQ0	NITROMED	MEXICO	FARMALAS TELL S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2024	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
183	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1 317 450	526 980	NITROMED S A DE C V	NO APLICA	NIT170508MQ0	NITROMED	MEXICO	FARMACAS TELL S A DE C V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2025	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
184	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO. TIPO SMS. DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE.	PAR	1	PAR	8 114 880	3 245 952	B&MED S A DE C V	1780C2018 SSA	B&M071015BV5	BOTA QUIRURGICA DESECHABLE B&MED	MEXICO	FARMACAS TELL S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2026	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
185	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR. PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON [illegible] CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10 477 920	4 191 168	PROVEEDOR SUELERO HERJA S A DE C V	0691C2020 SSA	PSH180622HE3	RESPIRADOR MEDIA CARA CLASE N95	MEXICO	FARMACEUTICA MEDIKAMENTA S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A5 61 61 2070 DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado del envase primario no contiene la informacion minima requerida en el anexo 2 como informacion que debera contener no indica la leyenda validado por m y ce seguida del numero de informe de resultado de ensayo o en su caso el numero de informe de ensayo como se consigno en la junta de aclaraciones motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO A PROPUESTA TECNICA

EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
186	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	[illegible]	PZA	[illegible]	4,162,358	NEXTMED S.A. DE C.V	0950C2020 SSA	NEX130913CI 4	MASCARILLA QUIRURGICA NEXTMED	MEXICO	FARMACOS DAROVI SA DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1975	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
187	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	305,540	122,216	NEXTMED S.A. DE C.V	1147C2017 SSA	NEX130913CI 4	NEXTMED CAMPOS Y ROPA QUIRURGICA DESECHABLE	MEXICO	FARMACOS DAROVI SA DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1968	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
188	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	305,540	122,216	NEXTMED S.A. DE C.V	1147C2017 SSA	NEX130913CI 4	NEXTMED CAMPOS Y ROPA QUIRURGICA DESECHABLE	MEXICO	FARMACOS DAROVI SA DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1972	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
189	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	152,770	61,108	NEXTMED S.A. DE C.V	1147C2017 SSA	NEX130913CI 4	NEXTMED CAMPOS Y ROPA QUIRURGICA DESECHABLE	MEXICO	FARMACOS DAROVI SA DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1966	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
190	7	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	4,057,440	1,622,976	NEXTMED S.A. DE C.V	0952C2020 SSA	NEX130913CI 4	ROPA ACCESORIOS Y PAQUETES MARCA NEXTMED	MEXICO	FARMACOS DAROVI SA DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1974	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																		EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA							NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
191	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	10 405 895	4 162 358	DEGASA, S.A. DE C.V.	1683C2012SSA	DEG 9807015HB	PROTEC	MEXICO	FHARMATI CS S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2061	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
192	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	305.540	122.216		0008C2013SSA				FHARMATI CS S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2064	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
193	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	3.500.000	1.400.000		2714C2013SSA				FHARMATI CS S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote, por un lado impreso en una etiqueta adherida al envase primario (bolsa de plastico), el numero de lote indicado es SA0061052, sin embargo en la etiqueta adherida al envase primario que contiene los datos del proveedor, el numero de lote es SA0061051, comprometiendo la calidad del producto motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
194	12	060	456	0300	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LA-TEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 6 1/2	PAR	1	PAR	5.356.000	2.142.400	DEGASA, S.A. DE C.V.	1374C86SSA	DEG 9807015HB	PROTEC	MEXICO	FHARMATI CS S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2090	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
195	14	060	456	0334	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LA-TEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 7 1/2	PAR	1	PAR	12.497.000	4.998.803		1374C86SSA				FHARMATI CS S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2095	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
196	16	060	456	0367	03	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 8 1/2	PAR	1	PAR	1785 203	714 080	DEGASA S.A DE C.V	1374C86SSA	DEG 9807015H8	PROTEC	MÉXICO	FHARMATICS S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2084	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
197	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	4,057 440	1,622,976	DEGASA, S.A. DE C.V	0566C2012SSA	DEG 9807015H8	PROTEC	MEXICO	FHARMATICS S.A. DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2098	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
198	19	060	066	1250	00	01	GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGENICO ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR	ENV	1	LTO	219.500	87.800	DEGASA S.A DE C.V	0566C2012SSA	DEG 9807015H8	PROTEC	MEXICO	FHARMATICS S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2111	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
199	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634 890	1,053.956	B & Med S.A. de C.V	0418C2020 SSA	BSM0710158 V5	B & Med	MÉXICO	GAALMEX Medical Solution SA de C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2051	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
200	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	2634 890	1053 956	B & Med S.A. de C.V	0418C2020 SSA	BSM0710158 V5	B & Med	MEXICO	GAALMEX Medical Solution S.A. de C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2053	El resultado de la evaluacion tecnico sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y 2) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO Y PROPUESTA TÉCNICA																		EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA							NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO				
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
201	2	060	231	0802	06	01	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	B.E Med S.A de C.V	0418C2020 SSA	BMO710158V5	B.E Med	MEXICO	GAALMEX Medical Solution S.A de C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2057	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
202	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO, TIPO SMS DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE	PAR	1	PAR	8114880	3245952	B.E Med S.A de C.V	1780C2018 SSA	BMO71015BV5	B.E Med	MEXICO	GAALMEX Medical Solution S.A de C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2059	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
203	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR. PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS. ANTIESTATICO. HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10477920	4191168	GALIA TEXTIL S.A DE C.V	NO REQUIERE SEGUN OFICIO No 093300C0016779	GTE-840618-J27	Marca GALIA MASCARILLA PROFESIONAL GTN95	MEXICO	GALIA TEXTIL S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1872	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
204	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR. PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS. ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	5238950	2095584	SOCCER ESPECIALISTA EN ARQUEROS, S.A DE C.V.	0539C2020SSA	SEA980506SC4	PRIDWEN	MEXICO	GARKEN MEDICAL S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante no presento (Certificacion Vigente de acuerdo a la Nom-116-STPS-2009 expedida por Normalizacion y certificacion Electronica A.C., Informe de Resultados de Ensayo emitido por NYCE Laboratorio S.C., solicitado por la empresa licitante bajo el protoclo IMSS y que corresponde al mismo lote-marca-fabricante)-modelo) motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
205	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	10405895	4162358	DEGASA, S.A DE C.V	1683C2012SSA	DEG9807015H8	PROTEC	MEXICO	GARKEN MEDICAL S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2116	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TECNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
206	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA		PZA	[illegible]	122 216	DEGASA, S.A. DE C.V.	0008C2013SSA	DEG 9807015H8	PROTEC	MEXICO	GARKEN MEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	[illegible]	El resultado de la evaluación tecnico sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
207	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	3 500 000	1 400 000	DEGASA, S.A. DE C.V.	2714C2013SSA	DEG 9807015H8	PROTEC	MEXICO	GARKEN MEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote, por un lado en una etiqueta sobre el envase (bolsa de plastico) el numero de lote indicado es SA0061052, sin embargo en otra etiqueta adherida al envase, el numero de lote es SA0061051, comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
208	12	060	456	0300	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LA-TEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 6 1/2	PAR	1	PAR	5 356 000	2 142 400	DECASA, S.A. DE C.V.	1374C86SSA	DEG 9807015H8	PROTEC	MEXICO	GARKEN MEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1885	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
209	14	060	456	0334	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LA-TEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 7 1/2	PAR	1	PAR	12 497 000	4 998 800	DEGASA, S.A. DE C.V.	1374C86SSA	DEG 9807015H8	PROTEC	MEXICO	GARKEN MEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2071	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
210	16	060	456	0367	03	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LA-TEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 8 1/2	PAR	1	PAR	1 785 200	714 080	DEGASA, S.A. DE C.V.	1374C86SSA	DEG 9807015H8	PROTEC	MEXICO	GARKEN MEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2069	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																					EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA										NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO				
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
211	17	060	134	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	4057 440	1622 978	DEGASA S A DE C V	0566C2012SSA	DEC 9807015H9	PROTEC	MEXICO	CARKEN MEDICAL S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2115	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
212	19	060	066	1250	00	01	GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGENICO ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR	ENV	1	LTO	219,500	87,800	DEGASA S A DE C V	0566C2012SSA	DEC 9807015H9	PROTEC	MEXICO	CARKEN MEDICAL S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2114	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
213	-	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	244,432	611,080	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S A DE C V	0618C2020 SSA	GCS940307T Z3	IQ UNIFORMS	MEXICO	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos que a la letra dice " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, aunado a lo anterior el licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos contenido y fabricante, ademas el licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0618C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para una Bata quirurgica Talla Unisex Marca GCS para un producto no esteril sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro se contrapone al declarar Bata quirurgica Marca IQ UNIFORMS, Tamaño extragrande, Esteril por ultimo el licitante presento la muestra en bolsas de papel para esterilizar es importante mencionar que en la copia del Registro Sanitario Numero 0618C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para ropa quirurgica para uso en quirofano no se declara el tipo de envase autorizado para la muestra, sin embargo en la Junta de Aclaraciones se establecio el tipo de envase requerido para esta partida; motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
214	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	244,432	611,080	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S A DE C V	0618C2020 SSA	GCS940307T Z3	IQ UNIFORMS	MEXICO	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos que a la letra dice " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, aunado a lo anterior el licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos contenido y fabricante, ademas el licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0618C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para una Bata quirurgica Talla Unisex, Marca GCS para un producto no esteril, sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro se contrapone al declarar Bata quirurgica, Marca IQ UNIFORMS, Tamaño grande, Esteril por ultimo el licitante presento la muestra en bolsas de papel para esterilizar, es importante mencionar que en la copia del Registro Sanitario Numero 0618C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para ropa quirurgica para uso en quirofano no se declara el tipo de envase autorizado para la muestra, sin embargo en la Junta de Aclaraciones se establecio el tipo de envase requerido para esta partida, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
215	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	122 216	305 540	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S A DE C V	0618C2020 SSA	GCS940307T Z3	IQ UNIFORMS	MEXICO	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos que a la letra dice " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, aunado a lo anterior el licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos contenido y fabricante, ademas el licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0618C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para una Bata quirurgica Talla Unisex Marca GCS para un producto no esteril sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro se contrapone al declarar Bata quirurgica Marca IQ UNIFORMS, Tamaño mediano, Esteril por ultimo el licitante presento la muestra en bolsas de papel para esterilizar es importante mencionar que en la copia del Registro Sanitario Numero 0618C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para ropa quirurgica para uso en quirofano no se declara el tipo de envase autorizado para la muestra, sin embargo en la Junta de Aclaraciones se establecio el tipo de envase requerido para esta partida, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACION DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
216	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	1,053,956	2,634,890	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S.A DE C.V	0618C2020 SSA	GCS940307T Z3	IQ UNIFORMS	MEXICO	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos datos del fabricante aunado a lo anterior El licitante no presento (registro sanitario indicado en la etiqueta) motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
217	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	1,053,956	2,634,890	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S.A DE C.V	0618C2020 SSA	GCS940307T Z3	IQ UNIFORMS	MEXICO	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos datos del fabricante y contenido. Aunado a que el licitante no presento copia del Registro Sanitario 0618C2020 SSA que ostenta el producto, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
218	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	526,980	1,317,450	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S.A DE C.V	0618C2020 SSA	GCS940307T Z3	IQ UNIFORMS	MEXICO	GCS IMAGEN EMPRESARIAL S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos Datos del fabricante y contenido aunado a lo anterior el licitante no presento copia del Registro Sanitario No 0618C2020 SSA referido en el etiquetado del producto, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
219	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLISADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	8,324,716	20,811,790	GERD YERIK S.A DE C.V	0393C2020 SSA	GYE160725411	CUBREBOCAS QUIRURGICO GERD YERIK	NACIONAL	GERD YERIK S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante entrego dos muestras para la misma partida en diferentes fechas, cuya evaluacion es de incumplimiento para ambas por lo siguiente Recibida el 05 de julio de 2021 El licitante presenta muestra en una bolsa de plastico transparente sin informacion alguna. No indica la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos no indica Denominacion generica, denominacion distintiva y(o) marca, registro sanitario, pais de origen, fabricante, lote, fecha de caducidad ni contenido, el licitante no presento copia del Registro Sanitario correspondiente, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO Recibida el 06 de julio de 2021 El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos. NO INDICA pais de origen, numero de registro otrogado por la Secretaria de Salud y contenido motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
220	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	8,324,716	20,811,790	FOLISERVIS SA DE CV	0734C2020 SSA	FOL831025LL 2	3PDISPOSABLE MASK	MEXICO	GFA160310 FY0 GFAN SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0734C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para un Cubrebocas Desechable, declarando al fabricante FOLISERVIS S.A de C.V. sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro sanitario se contrapone al declarar Hecho en Mexico por FOLISERVIS S.A.A de C.V. motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de [illegible] siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ACREDITADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO 4 PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACION DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
221	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	244 432	611 080	GERALDINO SA DE CV y/o TEXTILERA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM SA DE CV	0544C2020 SSA y/o 1355c2020 SSA	GGE020214PI3 y/o TPP200508IX6	ROPA QUIRURGICA GERALDINO y/o BATA QUIRURGICA PAM	MEXICO	GFA160310 FY0 GFAN SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1943	El resultado de la evaluacion tecnico sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
222	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	244 432	611 080	GERALDINO SA DE CV y/o TEXTILERA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM SA DE CV	0544C2020 SSA y/o 1355c2020 SSA	GGE020214PI3 y/o TPP200508IX6	ROPA QUIRURGICA GERALDINO y/o BATA QUIRURGICA PAM	MEXICO	GFA160310 FY0 GFAN SA DE CV.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra no presenta el proceso de esterilizacion, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.11.12 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos medicos que a la letra dice " Para productos esteriles se debe incluir la leyenda siguiente u otras analogas o el simbolo correspondiente "Producto esteril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga senales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el simbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilizacion tales como "Esterilizado con oxido de etileno", "Esterilizado con radiacion gamma", "Esterilizado con calor seco o humedo", "Procesados usando tecnicas asepticas" u otras analogas", como se consigno en la junta de aclaraciones, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
223	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUnOS AJUSTABLES Y TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	122 216	305 540	GERALDINO SA DE CV	0544C2020 SSA	GGE020214PI3	ROPA QUIRURGICA GERALDINO	MEXICO	GFA160310 FY0 GFAN, SA DE CV.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1945	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
224	7	060	231	0823	00	00					2 634 890	1 053 956					MEXICO	GFA160310 FY0 GFAN SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1940	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
225	8	060	231	0815	00	00					2 634 890	1 053 956					MEXICO	GFA160310 FY0 GFAN SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1938	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO				
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
226	9	060	251	0897	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	526.985	1.317.450	GERALDINO SA DE CV y/o TEXTILERA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM SA DE CV	0544C2020 SSA y/o 1355C2020 SSA	GGE0202141P13 y/o TPP2005081X6	ROPA QUIRURGICA GERALDINO y/o BATA QUIRURGICA PAM	MEXICO	GFA190310 [illegible] SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1942	El resultado de la evaluacion tecnico sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
227	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10.477.920	4.191.168	GRUPO 10X SA DE CV	0598C2020 SSA	GXX180827P12	SANITEK PRO	MEXICO	GRUPO 10X SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta informe de resultados de ensayo Numero NL-DM-085650 emitido por Nyce Laboratorios S.C. cuya evidencia fotografica difiere de la muestra fisicamente recibida en esta Coordinacion El marcado de la muestra recibida no coincide con la imagen que se incluye en dicho informe motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
228	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20.811.790	8.324.716	GRUPO 10X SA DE CV	0598C2020 SSA	GXX180827P12	SANITEK PRO	MEXICO	GRUPO 10X SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1874	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
229	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10.477.920	4.191.168	GRUPO COMERCIAL OCMAP SA DE CV	NYCE NL-DM-0187555	GCO080131L70	HONEYWELL MODELO DC365N95H	ESTADOS UNIDOS	GRUPO COMERCIAL OCMAP SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento informe de resultados de ensayo numero NL-DM-087555 (fecha de emision 29 de junio de 2021) emitido por Nyce Laboratorios, S.C., declarando el modelo DC365N95HC NIOSH, sin embargo la etiqueta de la muestra ostenta el modelo DC365N95HC contraponiendose con la informacion declarada en el informe presentado motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
230	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20.811.790	8.324.716	MED EVOLUTION SAPI DE CV	0782C2020 SSA	MEV150219DV0	MED EVOLUTION * MASK	MEXICO	GRUPO COMERCIAL OCMAP SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1871	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO 2 PROPUESTA TECNICA

EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

	CLAVE							PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TECNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
231	3	060	441	0019	00	00	GOOGLES DE SEGURIDAD CON VALVULAS DE VENTILACION INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPANAMIENTO ERGONOMICOS CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FACILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO O CARA CON PRESION UNIFORME HERMETICO A NIVEL DE LOS OJOS Y AREAS CIRCUNDANTES CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS DE LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS. LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS IMPACTOS (GOLPES Y CAIDAS) Y RALLADURAS CON TRATAMIENTO ANTI EMPANANTE CON CINTA SUJETADORA CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICION DURANTE LA ACTIVIDAD CLINICA QUE PUEDE LIMPIARSE CON SOLUCIONES DESINFECTANTES SIN DANARSE REUTILIZABLE	PZA		PZA	[illegible]	441076	MED EVOLUTION S A P I DE C V	NO REQUIERE		MED EVOLUTION *	MEXICO	GRUPO COMERCIA LOCMAP SA DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070 DMCI 2153	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión de acuerdo al resultado de la evaluación técnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
232	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	MED EVOLUTION S A P I DE C V	0858C2020 SSA	MEV150219DY0	MED EVOLUTION * HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	GRUPO COMERCIA LOCMAP, SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2122	El resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
233	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	MED EVOLUTION S A P I DE C V	0858C2020 SSA	MEV150219DY0	MED EVOLUTION * HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	GRUPO COMERCIA LOCMAP, S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI 2120	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
234	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	MED EVOLUTION S A P I DE C V	0858C2020 SSA	MEV150219DY0	MED EVOLUTION * HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	GRUPO COMERCIA LOCMAP SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2121	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
235	1	060	621	0664	00	00	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.3 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO [illegible] AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON [illegible] CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	[illegible]	[illegible]	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	0505C2021 SSA	BLM200122KD7	PROTECTOR RESPIRATORIO DE GRADO MEDICO N95 (BIOMICS LAB)	MEXICO	GRUPO CORPORATIVO LUDKENY SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070 DMCI 3873	El licitante presentó informe de resultados de ensayo numero NL DM 0877-01 (fecha de emision 02 de julio de 2021); emitido por Nyce Laboratorios S.C. declarando el numero de lote N95 052021 BLM, cuya pagina 2 de 5 indica arnés a las orejas y no con entorchado a la cabeza, sin embargo la etiqueta de la muestra ostenta el lote BLM 052021, contraponiendose con la informacion declarada en el informe presentado [illegible] de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso [illegible] del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

mmo C

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																		EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				
	CLAVE							PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA							NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO				
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
236	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20 811 790	8 324 716	BIOMICS LAB MEXICO SA DE CV	0638C2020 SSA	BLM200224 D7	CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE BIOMICS LAB	MEXICO	GRUPO CORPORATIVO SUDKENY SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1950	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental , pruebas efectuadas a la muestra recibida
237	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	N/A	N/A	N/A	GECS	MEXICO	GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO Y SERVICIOS GECS SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento escrito dirigido a la COCTI declarando la clave 060 231 0823 00 00 tamano extragrande. sin embargo la etiqueta adherida a la muestra se contrapone al declarar la misma clave 060 231 0823 00 00 para un tamano mediano, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
238	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	N/A	N/A	N/A	GECS	MEXICO	GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO Y SERVICIOS GECS SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1965	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
239	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO MEDIANA	PZA	1	PZA	1317450	526980	N/A	N/A	N/A	GECS	MEXICO	GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO Y SERVICIOS GECS SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento escrito dirigido a la COCTI en el cual solicita la evaluacion de la clave 060 231 0807 00 00 correspondiente a una bata tamano mediano, sin embargo la etiqueta adherida a la muestra presentada se contrapone al declarar para la misma clave 060 231 0807 00 00 tamano extragrande, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
240	2	060	621	0656	00	01					20 811 790	8 324 716					NACIONALES	GRUPO FLAMUR SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos no presenta Denominacion generica o nombre generico, Denominacion distintiva y/o marca, datos del fabricante, pais de origen ni leyenda o simbolo para [illegible] de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
241	7	060	231	0823	00	00					2,634,890	1,053,956					NACIONALES	GRUPO FLAMUR S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/3873	El licitante presenta muestra cuyo etiquetado no contiene la información mínima requerida en ANEXO 7 CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR 2021 como información que deberá contener el etiquetado de los dispositivos médicos, no presenta [illegible] motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
242	8	060	231	0815	00	00					2,634,890	1,053,956					NACIONALES	GRUPO FLAMUR S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1958	El resultado de la evaluación técnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
243	9	060	231	0807	00	00					1,317,450	526,980					NACIONALES	GRUPO FLAMUR S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1957	El resultado de la evaluación técnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
244	12	060	456	0300	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 6 1/2	PAR	1	PAR	10712000	4284800	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A. DE C.V.	1247C98 SSA	GIP870707PK9	DL	MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1973	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión de acuerdo al resultado de la evaluación técnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
245	13	060	456	0318	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 7	PAR	1	PAR	21422400	8568960	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A. DE C.V.	1247C98 SSA	GIP870707PK9	DL	MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1971	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión de acuerdo al resultado de la evaluación técnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
246	14	060	456	0334	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LA-TEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 7 1/2	PAR	1	PAR	24994000	9997600	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S A DE C V	1247C98 SSA	GIP870707PK9	DL	MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1969	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión de acuerdo al resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
247	15	060	456	0359	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LA-TEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 8	PAR	1	PAR	10712000	4284800	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON, S.A DE C V	1247C98 SSA	GIP870707PK9	DL	MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1970	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión de acuerdo al resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
248	16	060	456	0367	03	01	GUANTES PARA CIRUGIA DE LA-TEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLA 8 1/2	PAR	1	PAR	3570400	1428160	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S A DE C V	1247C98 SSA	GIP870707PK9	DL	MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON, S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1967	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión de acuerdo al resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
249	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO. PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20811790	8324716	Estentam S A de C V	Registro Sanitario 2210C2017 SSA	Estentam S A de C V RFC EST170714MS9	Denominacion Distintiva Cubrebocas Estentam Marca Estentam Modelo Unico	Mexico	GRUPO SABIO S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1955	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión de acuerdo al resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
250	11	060	439	0058	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMAÑO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	4460870	1784348	Estentam S A de C V No Aplica Registro Sanitario	No Aplica Registro Sanitario	Estentam S A de C V RFC EST170714MS9 No Aplica Registro Sanitario	Estentam Modelo Unico	Mexico	GRUPO SABIO S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	OF N. 09 A3 61 61 2070/DMC1/1961	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión de acuerdo al resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TECNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
251	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE - TRICAPA - 3 PLIEGUES - ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE TELA MELTBLOWN AMBOS 100 POLIPROPILENO - TELAS SMS CON UN PESO DE 25 gr/m2 - GRAMAJE 25 gr/m2 - FORRO SUAVE - PLISADO - TERMOSELLADA POR ULTRASONIDO - COLOR AZUL - MEDIDAS DE 17.5 CM X 10 CM - CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE DE ACERO CUBIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MASCARILLA - IMPERMEABLE A LIQUIDOS RESISTENTE A FLUIDOS - TELA NO TEJIDA REPELENTE AL AGUA Y ANTIBACTERIAL -	PZA	1	PZA	8324716	20811790	CIRUDERM AESTHETICS S.A. DE C.V	0961C2020 SSA	CAE150302M12	CIRUDERM TRICAPA	MEXICO	GRUPO TECNOLOGICO VERANA S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1871	El licitante presento muestra que ostenta en su etiqueta la leyenda NO RECOMENDADO PARA USO MEDICO lo cual se contrapone con la descripcion solicitada que indica "Cubreboca quirurgico" comprometiendo la calidad del producto motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
252	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS. ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10477920	4191168	Productos Quimicos y Farmaceuticos R&M, S.A. DE C.V	No Aplica	PQF150313413	PLB PQF	Mexico	GRUPO TRES R TERMOTECNICA S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante no presento la Certificacion de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009 expedida por Normalizacion y Certificacion Electronica A.C. (NYCE) o expedida por NIOSH motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
253	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20811790	8324716	Distribucion de Consumibles y Servicios Generales S.A. de C.V	1660C2020 SSA	DCS1105231HX7	Cubre Brocas DICONSE	Mexico	GRUPO TRES R TERMOTECNICA S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2029	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
254	3	060	441	0019	00	00	GOOGLES. DE SEGURIDAD CON VALVULAS DE VENTILACION INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPANAMIENTO ERGONOMICOS CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA, CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FACILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO O CARA, CON PRESION UNIFORME, HERMETICO A NIVEL DE LOS OJOS Y AREAS CIRCUNDANTES CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS DE LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS. LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS IMPACTOS (GOLPES Y CAIDAS) Y RALLADURAS CON TRATAMIENTO ANTI-EMPANANTE CON CINTA SUJETADORA CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICION DURANTE LA ACTIVIDAD CLINICA QUE PUEDE LIMPIARSE CON SOLUCIONES DESINFECTANTES SIN DANARSE REUTILIZABLE	PZA	1	PZA	1107690	443076	SEPRAC S.A. de C.V	No Aplica	SEP1703241K2	Googles de seguridad PROGLASSES SEPRAC	Mexico	GRUPO TRES R TERMOTECNICA S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2030	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
255	4	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	Productos Quimicos y Farmaceuticos R&M, S.A. DE C.V	No Aplica	PQF150313413	Bata para aislamiento Desechable PQF	Mexico	GRUPO TRES R TERMOTECNICA S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante no presento copia del Registro Sanitario 0474C2021 SSA indicado en el etiquetado del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TECNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACION DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
256	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	Productos Quimicos y Farmaceuticos R&M SA DE C V	No Aplica	PQF150313413	Bata para aislamiento Desechable PQF	Mexico	GRUPO TRES R TERMOTECNICA SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/3873	No se recibe copia legible del registro Sanitario No 0474C2021 SSA que fuera declarado en la etiqueta del producto como se consigno en la junta de aclaraciones motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causa de desechamiento de acuerdo al inciso g) y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
257	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	Productos Quimicos y Farmaceuticos R&M SA DE C V	No Aplica	PQF150313413	Bata para aislamiento Desechable PQF	Mexico	GRUPO TRES R TERMOTECNICA SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante no presento el Registro Sanitario numero 0474C2021 SSA declarado en el etiquetado de la muestra recibida motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
258	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	7000000	2800000	Productos Quimicos y Farmaceuticos R&M SA DE C V	No Aplica	PQF150313413	Gorro Redondo con Elastico Ajustable PQF	Mexico	GRUPO TRES R TERMOTECNICA SA DE C V	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2041	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
259	11	060	439	0088	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	4460870	1784348	Productos Quimicos y Farmaceuticos R&M SA DE C V	No Aplica	PQF150313413	Gorro Redondo con Elastico Ajustable PQF	Mexico	GRUPO TRES R TERMOTECNICA SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2044	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
260	2	060	621	0556			CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O [illegible] CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS DE AJUSTE [illegible] DESECHABLE	PZA	1	PZA	2051790	832716	CUTMAN PRESS S DE R L DE C V	0723C2020 SSA	CEP1710868 0	RONOR	MEXICO	CUTMAN PRESS S DE R L DE C V	NO CUMPLE LA DOCUMENTACION Y MUESTRA SE PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	La documentacion y muestra entregada por el licitante se efectuo posterior al horario y/o plazo establecido de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TECNICO" razon por la cual no fue sujeta a evaluacion tecnico sanitaria documental siendo causal de desechamiento de acuerdo al [illegible] g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA

EVALUADO POR COORDINACION DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TECNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
261	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA individual	10477920	4191168 5238960	GVS FILTER TECHNOLOGY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	N/A	GFT190328C M4	GVS	Mexico	GVS FILTER TECHNOLOGY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presenta informe de resultados de ensayo Numero NL-DM-084965 emitido por Nyce Laboratorios S.C. sin el anexo fotografico y las graficas de comportamiento de las pruebas de carga conforme al protocolo NL-IMSS-20-01, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
262	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA ANTIESTATICA Y RESISTENTE A A LA TENSION TENSION. NO ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	HUSER DE MEXICO SA DE CV	N/A	HME890405662	HUS-BAT3	MEXICO	HUSER DE MEXICO SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1929	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
263	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	HUSER DE MEXICO SA DE CV	N/A	IDR100604TB5	HUS-BAT2	MEXICO	HUSER DE MEXICO SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1935	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
264	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	HUSER DE MEXICO SA DE CV	N/A	IDR100604TB5	HUS-BAT1	MEXICO	HUSER DE MEXICO SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1932	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
265	1	060	621	0664	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10477920	4191168	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA S.A. DE C.V.	NYCE NL-DM 087541	IEF180510TX9	HONEYWELL MODELO DC365N95H	ESTADOS UNIDOS	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA SA DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento informe de resultados de ensayo numero NL-DM-087541 fecha de emision 21 de junio de 2021 emitido por Nyce Laboratorios S.C. declarando el modelo DC365N95HC NIOSH, sin embargo la etiqueta de la muestra ostenta el modelo DC365N95HC1 contraponiendose con la informacion declarada en el informe presentado, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de [illegible] siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso [illegible] del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
266	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	INDALJIM S A DE C V	0620C2020 SSA	IND120125992	BATA INDALJIM	MEXICO	INDALJIM S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1989	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
267	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	INDALJIM S A DE C V	0620C2020 SSA	IND120125992	BATA INDALJIM	MEXICO	INDALJIM, S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1988	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
268	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	INDALJIM S A DE C V	0620C2020 SSA	IND120125992	BATA INDALJIM	MEXICO	INDALJIM S A DE C V	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1990	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
269	17	060	130	0015	11	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8114880	3245952	INDALJIM S A DE C V	0184C2021 SSA	IND120125992	BOTA QUIRURGICA CON PLANTILLA MARCA INDALJIM	MEXICO	INDALJIM, S.A DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1991	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
270	1	060	621	[illegible]	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.3 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS [illegible] A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	10477920	4191168	PUBLICIDAD FARISHA S A DE C V	1418C2020 SSA	PFA1405120S 6	CUBREBOCAS FS N95 FARISHA	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070 DMCI/1873	El licitante presentó muestra en condiciones diferentes a las solicitadas ya que el envase recibido está abierto comprometiendo la calidad del producto. Aunado a que el licitante presente muestra que ostenta en su etiqueta una fecha de caducidad vencida lo cual de acuerdo al numeral 3.25 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008 Etiquetado de dispositivos medicos que a la letra dice: Periodo de caducidad al intervalo de tiempo en el que un producto [illegible] comercialización y bajo las condiciones de almacenamiento establecidas con base en los estudios de estabilidad permanece dentro de especificaciones, por lo que la muestra recibida no garantiza [illegible] resultados de ensayo emitido por NYCE Laboratorios S.C. motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) [illegible] z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA

EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
271	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O FUSADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20817790	8324716	COMERCIALIZADORA BREVER SA DE CV	1208C2015 SSA	CBR0203194T4	CUBRE BOCAS PROFECIONAL QUIRURGICO BREVER	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2088	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
272	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611080	244432	COMERCIALIZADORA BREVER SA DE CV	1333C2016 SSA	CBR0203194T4	BATA QUIRURGICA PARA CIRUJANO Y/O INSTRUMENTISTA	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2103	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
273	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	611080	244432	COMERCIALIZADORA BREVER SA DE CV	1333C2016 SSA	CBR0203194T4	BATA QUIRURGICA PARA CIRUJANO Y/O INSTRUMENTISTA	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2091	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
274	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	305540	122216	COMERCIALIZADORA BREVER SA DE CV	1333C2016 SSA	CBR0203194T4	BATA QUIRURGICA PARA CIRUJANO Y/O INSTRUMENTISTA	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR, SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2089	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
275	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR SA DE CV	0227C2021 SSA	IGS970707EFA	BATA QUIRURGICA IGS	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR, SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070 DMCI 1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote y dos fabricantes por un lado en la etiqueta, el numero de lote indicado es IGS-BTXG050721 y fabricante Industrias Guadalajara Sur S A de C V sin embargo en la contraetiqueta el numero de lote es CDB-BQNEX050721 y fabricante COMERCIALIZADORA BREVER S A DE C V comprometiendo la calidad del producto motivo por el [illegible] causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) [illegible] del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
276	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR S.A. DE C.V	0227C2021 SSA	IGS970707EFA	BATA QUIRURGICA IGS	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote y dos fabricantes, por un lado impreso en etiqueta adherida al envase el numero de lote indicado es IGS-BTG050721 y fabricante INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR S.A. de C.V. sin embargo en contra etiqueta adherida al envase el numero de lote es CDB-BQNEGDE050721 y fabricante COMERCIALIZADORA BREVER S.A. DE C.V. comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
277	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR, S.A. DE C.V	0227C2021 SSA	IGS970707EFA	BATA QUIRURGICA IGS	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR, S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote, dos denominaciones genericas o nombres genericos y dos razones sociales del fabricante, por un lado en la etiqueta de origen adherida al envase primario (bolsa de plastico transparente), indica lote IGS-BTM050721. Denominacion generica o nombre generico BATA PARA QUIROFANO DE UN SOLO USO y la razon social del fabricante INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR S.A. DE C.V. sin embargo en la contra-etiqueta adherida por el licitante refiere el lote CDB-BQNEMNA050721. Denominacion generica o nombre generico BATA QUIRURGICA IGS y la Razon social del fabricante COMERCIALIZADORA BREVER S.A. DE C.V., comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
278	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PZA	1	PZA	8114880	3245952	COMERCIALIZADORA BREVER, S.A. DE C.V	0513C2017 SSA	CBR0203194T4	BOTA QUIRURGICA BREVER	MEXICO	INDUSTRIAS DANJUR, S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote por un lado en una etiqueta sobre el envase (bolsa de plastico), el numero de lote indicado es CDB-BSP050721 sin embargo en otra contraetiqueta adherida al envase, el numero de lote es CDB-BQNEMNA050722, comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
279	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TENSION. NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	INTEGRADORA DRG S.A. DE C.V	N/A	IDR100604TBS	INTER	MEXICO	INTEGRADORA DRG S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1963	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
280	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	INTEGRADORA DRG S.A. DE C.V	N/A	IDR100604TBS	INTER	MEXICO	INTEGRADORA DRG S.A. DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1964	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
281	9	060	231	0837	00	[illegible]	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	INTEGRADORA DRG S A DE C V	N/A	IDR1506047B5	INTER	MEXICO	INTEGRADORA DRG S A DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMC1/1962	El resultado de la evaluacion tecnico sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
282	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO. PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20811790	8324716	MED EVOLUTION S.A.P.I DE C.V	0782C2020 SSA	MEVI50219DY0	MED EVOLUTION+ MASK	MEXICO	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMC1/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote, por un lado impreso sobre el envase (caja de carton), el numero de lote indicado es 1102, sin embargo en el etiquetado adherido al envase, el numero de lote es 1105, comprometiendo la calidad del producto motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
283	3	060	441	0019	00	00	GOOGLES DE SEGURIDAD, CON VALVULAS DE VENTILACION INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPANAMIENTO ERGONOMICOS, CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FACILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO O CARA CON PRESION UNIFORME HERMETICO A NIVEL DE LOS OJOS Y AREAS CIRCUNDANTES, CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS DE LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS IMPACTOS (GOLPES Y CAIDAS) Y RALLADURAS CON TRATAMIENTO ANTI-EMPANANTE CON CINTA SUJETADORA CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICION DURANTE LA ACTIVIDAD CLINICA QUE PUEDE LIMPIARSE CON SOLUCIONES DESINFECTANTES, SIN DANARSE REUTILIZABLE	PZA	1	PZA	553845	443076	MED EVOLUTION S.A.P.I DE C.V	NO REQUIERE		MED EVOLUTION+	MEXICO	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS S.A DE C.V	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 62 2070/DMC1/2155	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
284	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	1317445	1053956	MED EVOLUTION S.A.P.I DE C.V	0858C2020 SSA	MEVI50219DY0	MED EVOLUTION+ HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMC1/2126	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
285	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	1317445	1053956	MED EVOLUTION, S.A.P.I DE C.V	0858C2020 SSA	MEVI50219DY0	MED EVOLUTION+ HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMC1/2127	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO 3 PROPUESTA TÉCNICA																				EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA									NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI	
286	3	060	231	0807	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	658725	526980	MED EVOLUTION S.A.P.I. DE C.V.	0858C2020 SSA	MEV150219DY6	MED EVOLUTION® HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE C V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC/17915	El resultado de la evaluación tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO	
287	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611080	244432	MDS Medical Dress Supplier S.A de C.V	0954C2018 SSA	MMD140702T58	Bata de Cirujano Provemedic	Mexico	INTERCABLE S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC/17918	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO	
288	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	611080	244432	MDS Medical Dress Supplier S.A de C.V	0954C2018 SSA	MMD140702T58	Bata de Cirujano Provemedic	Mexico	INTERCABLE S.A DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC/17909	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO	
289	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	305540	122216	MDS Medical Dress Supplier S.A de C.V	0954C2018 SSA	MMD140702T58	Bata de Cirujano Provemedic	Mexico	INTERCABLE S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC/17910	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO	
290	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	MDS Medical Dress Supplier S.A de C.V	0954C2018 SSA	MMD140702T58	Bata de Cirujano Provemedic	Mexico	INTERCABLE S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMC/17916	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO	

mmo

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
29[illegible]	8	060	231	0815	06	10	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	MDS Medical Dress Supplier S.A. de C.V	0954C2018 SSA	MMD140702T58	Bata de Cirujano Provemedic	Mexico	INTERCABLE S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1912	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
292	17	060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100 DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA CON DOS CINTAS DE SUJECION DESECHABLE	PAR	1	PAR	8114880	3245952	MDS Medical Dress Supplier S.A. de C.V	NO REQUIERE REG. SANITARIO	MMD140702T58	Bata de Cirujano Provemedic	Mexico	INTERCABLE S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote una de las etiquetas adheridas al envase primario indica como numero de lote 21101020401 y la otra etiqueta adherida al mismo envase refiere como numero de lote 20101020401, comprometiendo la calidad del producto motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
293	19	060	066	1250	00	01	GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W. ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR	ENV	1	LTO	439000	175600	COTEPLAS S.A DE C.V	0419C2020 SSA	COT1605111EX2	COT GEL	Mexico	INTERCABLE S.A DE C.V	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1914	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
29[illegible]	4	060	231	0668	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	611080	244432	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S.A DE C.V	0837C2018 SSA	IGL050721185	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1896	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
295	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA		PZA	611080	244432	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S.A DE C.V	0837C2018 SSA	IGL050721185	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070 DMCI 1898	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																				EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA									NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
296	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	[illegible]	122216	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	0837C2018 SSA	IGL050721I85	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1890	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
297	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	0837C2018 SSA	IGL050721I85	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1892	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
298	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	0837C2018 SSA	IGL050721I85	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1888	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
299	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	0837C2018 SSA	IGL050721I85	PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA FLORENCE	MEXICO	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1894	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
300	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS DE AJUSTE [illegible] A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20811710	8324716	Sapphire Denim S.A. de C.V.	0852C2020 SSA	SDE1504203M2	Sapphire	Mexico	INVENCIONES ORIGINALES [illegible] SA DE CV	NO CUMPLE LA DOCUMENTACION Y MUESTRA SE PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	OF N [illegible] 2070/DMCI/3673	La documentacion y muestra entregada por el licitante se efectuo posterior al horario y/o plazo establecido de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TECNICO", razon por la cual no fue sujeta a evaluacion tecnico sanitaria documental siendo causal de desechamiento de acuerdo al [illegible] inciso [illegible] del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																				EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA		NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO										
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
301	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reysa	Mexico	INVENCIONES ORIGINALES MODAROPA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE LA DOCUMENTACION Y MUESTRA SE PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	La documentacion y muestra entregada por el licitante se efectuo posterior al horario y/o plazo establecido de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TECNICO" razon por la cual no fue sujeta a evaluacion tecnico-sanitaria-documental siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso inciso g), x), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
302	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reysa	Mexico	INVENCIONES ORIGINALES MODAROPA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE LA DOCUMENTACION Y MUESTRA SE PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	La documentacion y muestra entregada por el licitante se efectuo posterior al horario y/o plazo establecido de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TECNICO" razon por la cual no fue sujeta a evaluacion tecnico-sanitaria-documental siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso inciso g), x), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
303	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO	PZA	1	PZA	1317450	526980	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reysa	Mexico	INVENCIONES ORIGINALES MODAROPA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE, LA DOCUMENTACION Y MUESTRA SE PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	La documentacion y muestra entregada por el licitante se efectuo posterior al horario y/o plazo establecido, de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TECNICO" razon por la cual no fue sujeta a evaluacion tecnico-sanitaria documental siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso inciso g), x), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
304	2	060	621	0656	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20811795	8324716	MED EVOLUTION S.A.P.I. DE C.V.	0782C2020 SSA	MEV150219DY0	MED EVOLUTION+ MASK	MÉXICO	ISM INNOVA SALUD MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos numeros de lote, por un lado impreso sobre el envase (caja de carton), el numero de lote indicado es 1102, sin embargo en el etiquetado adherido al envase, el numero de lote es 1106 comprometiendo la calidad del producto motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
305	3	060	[illegible]	0019	00	00	GOGGLES DE SEGURIDAD CON VALVULAS DE VENTILACION INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO ERGONOMICOS CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FACILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO PARA UN PERFECTO AJUSTE HERMETICO A NIVEL DE LOS OJOS Y AREAS CIRCUNDANTES CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS DE LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS IMPACTOS GOLPES Y CAIDAS Y RALLADURAS CON TRATAMIENTO ANTI EMPAÑANTE CON CINTA SUJETADORA CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICION DURANTE LA ACTIVIDAD CLINICA QUE PUEDE LIMPIARSE CON SOLUCIONES DESINFECTANTES SIN DAÑARSE REUTILIZABLE	PZA	1	PZA	553845	[illegible]	MED EVOLUTION S.A.P.I. DE C.V.	NA	NA	MED EVOLUTION	MÉXICO	ISM INNOVA SALUD MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMCI/2160	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TECNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
306	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	[illegible]	PZA	[illegible]	[illegible]	MED EVOLUTION S.A.P.I. DE C.V.	0858C2020 SSA	MEVI50219DY0	MED EVOLUTION HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	ISM INNOVA SALUD MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2134	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
307	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	1317445	1053956	MED EVOLUTION S.A.P.I. DE C.V.	0858C2020 SSA	MEVI50219DY0	MED EVOLUTION HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	ISM INNOVA SALUD MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2135	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
308	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	658725	526980	MED EVOLUTION S.A.P.I. DE C.V.	0858C2020 SSA	MEVI50219DY0	MED EVOLUTION HOSPITAL CLOTHING	MEXICO	ISM INNOVA SALUD MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/2136	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
309	19	060	066	1250	00	01	GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70 W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGENICO ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR	ENV	1	LTO	439000	75600	Key Quimica, S.A. de C.V.	0193C2019 SSA	KQU6911016X5	KEY DERMOWIPE	MEXICO	Key Quimica, S.A. de C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0193C2019 SSA emitido por la COFEPRIS para Gel antibacterial para manos y piel, base alcohol etilico al 70, declarando la denominacion distintiva KEY DERMOWIPE, sin embargo la etiqueta adherida a la muestra que ostenta dicho registro, declara unicamente la marca KEY, lo cual difiere de lo declarado en el Registro Sanitario, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
310	[illegible]	060	621	0044	00	01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95 O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, ARNES NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS [illegible] ENTORNO A LA CABEZA DESECHABLE	PZA	1	PZA	[illegible]	[illegible]	MEDISYN S.A. DE C.V.	[illegible] SSA	MEDISYN S.A. DE C.V.	SAFEMEDIX MODELO KN95 RESPIRADOR	MEXICO	LUXMIA CAPITAL GROUP S.A. DE C.V.	NO CUMPLE LA DOCUMENTACION Y MUESTRA SE PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	La documentacion y muestra entregada por el licitante se efectuo posterior al horario y/o plazo establecido, de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TECNICO" razon por la cual no fue sujeta a evaluacion tecnico sanitaria documental siendo causal de desechamiento de acuerdo al [illegible] g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
311	2	060	621	0664	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO C AJUSTE ELASTICO RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	8,324,716	20,811,790	MEDISYN S.A. DE C.V.	0265C2021 SSA	MEDISYN S.A. DE C.V.	MEDISYN CODIGO CBPTTN	MEXICO	LUXIMIA CAPITAL GROUP S.A. DE C.V.	NO CUMPLE. LA DOCUMENTACION Y MUESTRA SE PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	La documentacion y muestra entregada por el licitante se efectuo posterior al horario y/o plazo establecido de acuerdo al numeral 2 Anexo 2 "ANEXO TECNICO" razon por la cual no fue sujeta a evaluacion tecnico-sanitaria documental, siendo causal de desechamiento de acuerdo al inciso inciso g), x), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
312	18	060	066	1071	02	01	ANTISEPTICOS SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 2 % ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-80 Y AGENTES EMOLIENTES COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO NO REQUIERE DE ENJUAGUE CEPILLADO NI SECADO CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE ENVASE CON 500 ML	ENV	500	ML	3324	8310	SOLOMED, SA DE CV	2112C2015 SSA	SOL980404M83	GLUCODERM	MEXICO	MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante no presento escrito dirigido a la COCTI solicitando la evaluacion de la clave-marca y fabricante que ofertara y no presento la cantidad de muestra minima solicitada, unicamente presento tres de los cinco envases requeridos, aunado a que no presento dispensador electronico, motivos por los cuales incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esto causal de desechamiento de acuerdo al inciso g), x), y) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
313	2	060	621	0664	00	01	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	20811790	8 324 716 4 191 168	GUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	0829C2020 SSA	GOC930615RB2	OAK SAFETY PRODUCTS PORGUMA OCCIDENTE	MEXICO	MATTE BRADING S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El licitante presento copia del Registro Sanitario Numero 0829C2020 SSA emitido por la COFEPRIS para el producto CUBREBOCAS, declarando la denominacion distintiva GUMA, sin embargo el etiquetado de la muestra no ostenta dicho dato, informacion minima requerida en ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021 como informacion que debera contener el etiquetado de los dispositivos medicos, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
314	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TIPO RECTO, LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS RODILLAS CRUZADA EN LA ESPALDA CUELLO TIPO REDONDO CON UN BIES DE LA MISMA TELA NO TEJIDA CON PUNTADA RECTA, CADENETA O TERMO SELLADO UN REFUERZO EN EL DELANTERO DE TELA NO TEJIDA NIVEL 4 DE UNA SOLA PIEZA, POR LO MENOS EN LA MITAD DE ARRIBA HACIA ABAJO ESPALDA DE DOS PIEZAS UNIDAS AL DELANTERO CONFECCIONADA CON TELA NO TEJIDA NIVEL 1 CIERRA AL CENTRO CON UN BROCHE DE	PZA	1	PZA	2634890	1053956	ELEGANCIA TEXTIL HOTELERA SA DE CV			ETH	MEXICO	MATTE BRADING SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos claves, impreso sobre el envase primario (bolsa de plastico), la clave 060.231.0823.00.00, sin embargo en el etiquetado adherido al envase secundario (bolsa de plastico) indica la clave 060.231.0807.00.00 comprometiendo la calidad del producto, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO. El licitante presento escrito dirigido a la COCTI en el cual solicita la evaluacion de la clave 060.231.0823.00.00, correspondiente a una (tamaño Extra Grande), sin embargo la etiqueta adherida a la muestra presentada en el envase secundario indica la clave 060.231.0807.00.00 se contrapone al declarar (Extra grande)ya que para essa clave es tamaño mediano, motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
315	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE NO [illegible] RECTO LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS RODILLAS CRUZADA EN LA ESPALDA CUELLO TIPO REDONDO CON UN BIES DE LA MISMA TELA NO TEJIDA CON PUNTADA RECTA CADENETA O TERMO SELLADO UN REFUERZO EN EL DELANTERO DE TELA NO TEJIDA NIVEL 4 DE UNA SOLA PIEZA POR LO MENOS EN LA MITAD DE ARRIBA HACIA ABAJO ESPALDA DE DOS PIEZAS UNIDAS AL DELANTERO CONFECCIONADA CON TELA NO TEJIDA NIVEL 1 CIERRA AL	PZA	1	PZA	2634890	1053956	ELEGANCIA TEXTIL HOTELERA SA DE CV			ETH	MEXICO	MATTE BRADING SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1873	El etiquetado de la muestra indica dos claves, impreso sobre el envase primario (bolsa de plastico) la clave 060 231 0815 00 00 sin embargo en el etiquetado adherido al envase secundario (bolsa de plastico) indica la clave 060 231 0807 00 00 comprometiendo la calidad del producto motivo por el cual incumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO X PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
		CLAVE						PRESENTACIÓN			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
316	9	060	231	0807	[illegible]	06	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE NO ESTERIL Y DESECHABLE TIPO RECTO LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS RODILLAS CRUZADA EN LA ESPALDA CUELLO TIPO REDONDO CON UN BIES DE LA MISMA TELA NO TEJIDA CON PUNTADA RECTA CADENETA O TERMO SELLADO UN REFUERZO EN EL DELANTERO DE TELA NO TEJIDA NIVEL 4 DE UNA SOLA PIEZA POR LO MENOS EN LA MITAD DE ARRIBA HACIA ABAJO ESPALDA DE DOS PIEZAS UNIDAS AL DELANTERO CONFECCIONADA CON TELA NO TEJIDA NIVEL 1 CIERRA AL CENTRO CON UN BROCHE DE CONTACTO A LA ALTURA DEL CUELLO Y/O CON UN PAR DE CINTAS DEL MISMO MATERIAL DE LA PRENDA UNA CINTA A LA ALTURA DE LA CINTURA UNIDA EN EL COSTADO DERECHO POR LA PARTE INTERNA QUE CIERRA	PZA	1	PZA	1317450	1 317 450	ELEGANCIA TEXTIL HOTELERA SA DE CV			ETH	MEXICO	MATTE BRADING SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMC/[illegible]	El producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion de acuerdo al resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida
317	2	060	621	0656	00	00	CUBREBOCAS QUIRURGICO CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PZA	1	PZA	10405895	10405895	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER SA DE CV	2176C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMC/1861	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
318	4	060	231	0658	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRAGRANDE	PZA	1	PZA	305540	305540	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER SA DE CV	0954C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMC/1895	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
319	5	060	231	0641	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	305540	305540	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER SA DE CV	0954C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	Of N 09 A3 61 61 2070/DMC/1893	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
320	6	060	231	0666	00	02	BATA QUIRURGICA CON PUNOS PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	152770	152770	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER SA DE CV	0954C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER SA DE CV	CUMPLE	NO CUMPLE	OF N 09 A3 61 61 2070/DMC/1887	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DATOS ASENTADOS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO Y PROPUESTA TÉCNICA																			EVALUADO POR COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
	CLAVE							PRESENTACION			CANTIDAD OFERTADA								NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO			
CONS	PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMA	MINIMA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE COCTI	OFICIO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	COMENTARIO COCTI
321	7	060	231	0823	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO EXTRA GRANDE	PZA	1	PZA	1317445	1317445	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	2176C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	OF. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1899	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
322	8	060	231	0815	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO GRANDE	PZA	1	PZA	1317445	1317445	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	2176C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1889	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
323	9	060	231	0807	00	00	BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION NO ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO MEDIANO	PZA	1	PZA	658725	658725	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	2176C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1897	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
324	10	060	439	0070	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO MEDIANO DESECHABLE	PZA	1	PZA	3500000	3500000	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	2176C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1901	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO
325	11	060	439	0088	00	01	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION TAMANO GRANDE DESECHABLE	PZA	1	PZA	892174	892174	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	2176C2018 SSA	MMD140702T58	PROVEMEDIC	MEXICO	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	Of. N. 09 A3 61 61 2070/DMCI/1898	El resultado de la evaluacion tecnico-sanitaria-documental y pruebas efectuadas a la muestra recibida demuestran que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitacion en cuestion, siendo esta causal de desechamiento de acuerdo al inciso g) y z) del numeral 7 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO