



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR047-E6-2021

OBJETO: ADQUISICIÓN DE "TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL PARA LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL Y LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR"

En la Ciudad de México, siendo las **13:00 horas del 12 de mayo de 2021**, en la sala de juntas ubicada en el piso 8 del edificio de Calle Durango número 291, ala Sinaloa, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de **Fallo** de la licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo sucesivo, la Ley o LAASSP), así como lo previsto en los numerales 3.2 y 3.10 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por el **Mtro. Fernando Lorenzana Rojas**, Titular de la División de Bienes Terapéuticos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (en lo subsecuente, las POBALINES), en correlación con el numeral 7.1.3.2.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, servidor público facultado para presidir el presente evento.

El que preside hace constar que se encuentran los representantes de las áreas técnica y requirente, así como el representante del Órgano Interno de Control en el Instituto, cuyos nombres y firmas aparecen al final del Acta.

Acto seguido, en presencia de los asistentes se da lectura al **Fallo** contenido en la presente acta, al tenor de lo siguiente:

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se recibieron para efectos de su revisión, análisis detallado y elaborar el Dictamen que fundamenta y motiva el fallo de la presente Licitación, conforme lo establecen los artículos 36 y 36 Bis fracción II de la Ley y 51 de su Reglamento, las proposiciones de los siguientes licitantes:

No.	Clave ofertada	Razón social
1	379 885 0347 00 01	Comercializadora Milenio, S.A de C.V.
2	379 885 0347 00 01	Genesis Healthcare Advisers, S.A de C.V.
3	379 885 0347 00 01	Healthcare Marketing, S.A. de C.V.
4	379 885 0347 00 01	Musa del Pacifico, S.A de C.V.
5	379 885 0347 00 01	Pasteur Health Care, S.A de C.V.
6	379 885 0347 00 01	Soluciones en Equipamiento y Servicios Integrales para la Salud, S.A de C.V.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



Habiendo verificado el **Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados** disponible en la liga https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm, así como el **listado de las personas impedidas para contratar con el IMSS, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 y 60 de la Ley, así como 88 de su Reglamento**, con corte al 12 de mayo de 2021, se constató que ninguno de los licitantes se encuentra en dichos listados.

Criterio de Evaluación de Proposiciones.

Con apego en lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis fracción II de la Ley, así como 51 de su Reglamento, la evaluación de las proposiciones se realizó utilizando el **Criterio Binario**, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la Convocatoria, en los numerales **2.2, 2.3, 2.5, 4.1, 4.2, 4.3, Anexo I PMR, Anexo Formato de Propuesta Técnica, Anexo X Propuesta Económica, Anexo 1 Requerimiento Tiras, Anexo 2 Anexo Técnico Tiras, Anexo 3 Términos y Condiciones Tiras y Criterios de Evaluación Técnica** de la Convocatoria, considerando el resultado de la Junta de Aclaraciones, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

FALLO

I. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

A. FIRMA ELECTRÓNICA.

En primer término, se verificó si las proposiciones fueron debidamente firmadas electrónicamente, tal como se exigió en el numeral **4. Requisitos que los licitantes deben de cumplir** de la Convocatoria; de conformidad con los artículos 26 Bis, fracción II y 27 de la Ley, que disponen que en el caso de Licitaciones Públicas Electrónicas, en las cuales se permite exclusivamente la participación de los licitantes a través del Sistema CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorguen a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Vinculado a ello, el artículo 50 del Reglamento, establece que *“En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública”*.

Al respecto, la Secretaría de la Función Pública, mediante el *“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”*, publicado



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, dispuso en su numeral 14 textualmente lo siguiente: *“El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales”.*

Lo anterior se reitera en el numeral 16 del mismo Acuerdo, al señalar *“Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales”.*

Al efectuar el acto de presentación y apertura de las proposiciones, se descargaron las constancias relativas a los requerimientos técnico y económico de cada licitante firmados digitalmente, que se identifican en el Sistema CompraNet con la denominación “TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m” y “PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m”, respectivamente, y que permiten corroborar que las propuestas las autentican los licitantes como enviadas por ellos mismos a través de los medios electrónicos y, por tanto, ponen de manifiesto que las propuestas fueron firmadas digitalmente y que se cumplió con la exigencia prevista en la Convocatoria.

Al respecto, los reportes arrojados por el Sistema CompraNet indican que tanto las propuestas técnicas como las económicas que presentaron los licitantes Comercializadora Milenio, S.A de C.V., Genesis Healthcare Advisers, S.A de C.V., Healthcare Marketing, S.A. de C.V., Musa del Pacifico, S.A de C.V. y Pasteur Health Care, S.A de C.V, **fueron firmadas en forma electrónica con un “Certificado digital válido” que corresponde al de cada una de las personas morales licitantes.**

Tratándose del licitante **Soluciones en Equipamiento y Servicios Integrales para la Salud, S.A de C.V.**, esto no es así, en virtud de que los reportes del Sistema CompraNet indican que tanto la propuesta técnica como la económica que presentó, **fueron firmadas electrónicamente con un Certificado Digital que no corresponde al de la persona moral licitante, sino al de una persona física diversa, siendo que la firma válida es únicamente la que se emitió a nombre de la persona moral que tiene el carácter de licitante.**

Así lo pone de manifiesto el hecho de que en los reportes que arroja el Sistema CompraNet, el nombre que aparece en los rubros “Nombre Organización” y “Titular del Certificado de firma”, es el de una persona física, siendo *Yesenia Lizeth Niño Gutiérrez*, a diferencia de los otros licitantes, pues en estos renglones aparece la razón social de cada una de las empresas licitantes.

Lo anterior, constituye un incumplimiento a lo exigido en los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la Ley; 50 del Reglamento; así como los numerales 14 y 16 del *“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”*; y lo previsto en el apartado 3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



Convocatoria a la Licitación, toda vez que la proposición formulada por el licitante **Soluciones en Equipamiento y Servicios Integrales para la Salud, S.A de C.V.**, necesariamente debió firmarse mediante el certificado digital **que utiliza para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales**, siendo éste el certificado digital de la firma electrónica avanzada que en favor de la persona moral emitió el Servicio de Administración Tributaria para esos fines, en términos de los artículos 17-C a 17-L del Código Fiscal de la Federación, y no la firma que se otorgó a una diversa persona.

Consecuentemente, la firma electrónica del licitante no puede estimarse válida ni admisible, ya que la proposición debió ser firmada con el certificado digital que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) asignó a la persona moral, quien es la que tiene el carácter de Licitante.

Derivado de lo anterior, no puede atribuirse a los documentos recibidos por el Sistema CompraNet, los mismos efectos legales que si hubiera sido firmada mediante el certificado digital que corresponde al licitante, lo que impide reconocer la identidad de la empresa moral referida, de ahí que no puede considerarse jurídicamente que las propuestas técnica y económica se encuentren firmadas electrónicamente por ella, ni que ésta haya otorgado legítimamente su consentimiento para obligarse en los términos de las propuestas recibidas a través de CompraNet.

Tal incumplimiento es causa de desechamiento, en términos del numeral 6. Causales expresas de desechamiento, que señala:

*s) Cuando las proposiciones **no estén firmadas electrónicamente con la firma electrónica que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales del licitante...***

Derivado de lo anterior, se **DESECHA** la proposición del licitante **Soluciones en Equipamiento y Servicios Integrales para la Salud, S.A de C.V.**

La evaluación de este aspecto se realizó por el área contratante, la División de Bienes Terapéuticos de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, a través del Mtro. Fernando Lorenzana Rojas, Titular de la División de Bienes Terapéuticos, la C. Ana Daniela Garrido Martínez, Titular de la Subjefatura de División de Materiales de Curación y la Lic. Irma Erding Padilla, Líder de Proyectos.

B. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA DE LA PROPOSICIÓN.

Sólo después de constatar que los licitantes firmaron adecuadamente sus proposiciones, se procedió a la evaluación de la documentación distinta a la proposición a que se refiere el numeral **4.1 Documentación Legal** de la Convocatoria.



La revisión de la documentación distinta a la proposición (legal administrativa), se realizó por el área contratante, de conformidad con el numeral 4.2.2.1.15 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Manual) y el numeral 4.39 primer párrafo de las POBALINES, a través del Mtro. Fernando Lorenzana Rojas, Titular de la División de Bienes Terapéuticos, la C. Ana Daniela Garrido Martínez, Titular de la Subjefatura de División de Materiales de Curación y la Lic. Irma Erding Padilla, Líder de Proyectos.

La evaluación se contiene en el **Anexo I (4 fojas)**, la cual se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se insertare.

Con base en la evaluación, se concluyó que la documentación distinta presentada por los licitantes Comercializadora Milenio, S.A de C.V., Genesis Healthcare Advisers, S.A de C.V., Healthcare Marketing, S.A. de C.V., Musa del Pacifico, S.A de C.V. y Pasteur Health Care, S.A de C.V, **cumple** satisfactoriamente con lo solicitado en la Convocatoria.

C. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

La evaluación de las propuestas técnicas fue realizada por las personas designadas por las áreas técnica y requirente, de conformidad con el artículo 2, fracciones II y III del Reglamento; el numeral 4.2.2.1.16 del Manual, así como los numerales 4.25, inciso e) y 4.39 primer párrafo de las POBALINES, y fue remitida mediante oficio No. **09 53 84 61 1810/2021002767**, de fecha 23 de abril de 2021, suscrito por la **Mtra. Zoyla Aurora Coutiño Ruiz**, Titular de la Coordinación Técnica de Planeación en la Coordinación de Control de Abasto, misma que se contiene en el **Anexo II**, y consta de **31 fojas**, de las cuales **1 foja** corresponde al oficio referido y **30 fojas** corresponden a la evaluación técnica, y se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertare y en la cual se concluye lo siguiente:

Clave ofertada	Licitante	Evaluación Técnica conforme a requisitos	
379 885 0347 00 01	Comercializadora Milenio, S.A. de C.V.	No Cumple	No Solvente
379 885 0347 00 01	Genesis Healthcare Advisers, S.A. de C.V.	Cumple	Solvente
379 885 0347 00 01	Healthcare Marketing, S.A. de C.V.	No Cumple	No Solvente
379 885 0347 00 01	Musa del Pacifico, S.A de C.V.	No Cumple	No Solvente
379 885 0347 00 01	Pasteur Health Care, S.A de C.V.	Cumple	Solvente

Con sustento en las razones y fundamentos que se contienen en la evaluación técnica de las propuestas de dichos licitantes, la cual forma parte integral de la presente acta; y con fundamento en los artículos 36, 36 Bis fracción II, y 37 fracción I de la Ley, y 51 de su Reglamento, así como lo previsto en el numeral **6 inciso g)** de la Convocatoria que enseguida se transcribe, se **desechan** la proposiciones de los licitantes **Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., Healthcare Marketing, S.A. de C.V. y Musa del Pacifico, S.A de C.V.**



6. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

g) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2.2, 2.3, 2.5, 4.1, 4.2, 4.3, Anexo I PMR, Anexo Formato de Propuesta Técnica, Anexo X Propuesta Económica, Anexo 1 Requerimiento Tiras, Anexo 2 Anexo Técnico Tiras, Anexo 3 Términos y Condiciones Tiras y Criterios de Evaluación Técnica, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la LAASP.

D. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

Considerando el resultado de las evaluaciones que anteceden, se procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de la partida Única, clave 379 885 0347 00 01, de aquellas propuestas que resultaron solventes legal y técnicamente, siendo las de los licitantes Genesis Healthcare Advisers, S.A. de C.V. y Pasteur Health Care, S.A de C.V.; de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 Propuesta Económica de la Convocatoria.

Para que una proposición sea aceptada, debió cumplir en su totalidad con los aspectos económicos solicitados en el numeral 4.3 Propuesta Económica de la Convocatoria considerando el resultado de la Junta de Aclaraciones.

Al respecto, se aprecia que las propuestas económicas de los licitantes consideraron el formato proporcionado como Anexo X de la Convocatoria y proporcionan la información solicitada a través de éste; asimismo, se encuentran foliadas y fueron firmadas electrónicamente.

También se aprecia, que todos los licitantes ofertaron la misma clave 379.885.0347.00.01; consideraron el PMR establecido en la Convocatoria; y ofertaron un porcentaje de descuento a dos dígitos como fue exigido en el numeral 4.3 Propuesta Económica de la Convocatoria.

Por consiguiente, en los términos señalados en el apartado 5.3 de la Convocatoria, se procedió a aplicar el porcentaje de descuento ofertado por cada licitante al PMR establecido en la Convocatoria, lo que permitió obtener el precio unitario neto por tira, lo que a su vez permite identificar el precio más bajo, lo que se consigna en el Cuadro siguiente:

Table with 6 columns: Partida, Licitante, PMR, Porcentaje de descuento ofertado, Precio unitario con descuento sin I.V.A., Solvente (sí/no). It lists two bidders: Genesis Healthcare Advisers, S.A. de C.V. and Pasteur Health Care S.A. de C.V.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



De la verificación realizada a los importes de las propuestas económicas de los licitantes, se identifica que la presentada por **Pasteur Health Care, S.A de C.V.**, redondeó el precio unitario una vez aplicado el descuento ofertado y no lo truncó de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.3 de la Convocatoria, por lo que en términos de dicho numeral el área Contratante procedió a truncar a 2 decimales el precio resultante después de aplicar el porcentaje de descuento al PMR.

El área contratante, la División de Bienes Terapéuticos de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, a través del Mtro. Fernando Lorenzana Rojas, Titular de la División de Bienes Terapéuticos, la C. Ana Daniela Garrido Martínez, Titular de la Subjefatura de División de Materiales de Curación y la Lic. Irma Erding Padilla, Líder de Proyecto, realizó la evaluación de las propuestas económicas presentadas para la partida Única, de conformidad con los numerales 4.2.2.1.17 del Manual y 4.39, segundo párrafo de las POBALINES.

II. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

Para cumplir con lo previsto en la fracción I del artículo 37 de la Ley, se incluye un cuadro resumen de los licitantes cuyas propuestas se desearon, con la expresión sintética del motivo.

Clave ofertada	Licitante	Motivo (s) Desechamiento
379 885 0347 00 01	Soluciones en Equipamiento y Servicios Integrales para la Salud, S.A de C.V.	Firma electrónica no válida
379 885 0347 00 01	Comercializadora Milenio, S.A de C.V.	Incumplimiento Técnico
379 885 0347 00 01	Healthcare Marketing, S.A. de C.V.	Incumplimiento Técnico
379 885 0347 00 01	Musa del Pacífico, S.A de C.V.	Incumplimiento Técnico

III. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

Para cumplir con lo previsto en la fracción II del artículo 37 de la Ley, se incluye un cuadro resumen de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes.

Partida	Licitante
379.885.0347.00.01	Genesis Healthcare Advisers, S.A. de C.V.
379.885.0347.00.01	Pasteur Health Care, S.A. de C.V.

IV. FALLO.

Con sustento en las evaluaciones que anteceden y que son el fundamento y soporte de esta decisión, se emite el **Fallo de la Licitación Pública Electrónica de Carácter Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio N° LA-050GYR-047-E6-2021:**



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



Se **DESECHAN** las proposiciones de los licitantes:

Partida	Clave ofertada	Licitante
Partida Única	379 885 0347 00 01	Soluciones en Equipamiento y Servicios Integrales para la Salud, S.A de C.V.
Partida Única	379 885 0347 00 01	Comercializadora Milenio, S.A de C.V.
Partida Única	379 885 0347 00 01	Healthcare Marketing, S.A. de C.V.
Partida Única	379 885 0347 00 01	Musa del Pacifico, S.A de C.V.

Asimismo, se **ADJUDICA** el contrato relativo a la Adquisición de "Tiras Reactivas para la determinación cuantitativa de Colesterol para la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel y la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar", con una **vigencia** a partir del día natural siguiente a la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2021; y un **plazo de entrega** de los bienes, para **Régimen Ordinario**, de 20 días naturales contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo (primera entrega) y 20 días naturales contados a partir de la primera entrega (segunda entrega); y para **IMSS-Bienestar** una sola entrega al 100 % del volumen solicitado dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación del fallo; al licitante **Pasteur Health Care, S.A. de C.V.**, conforme a lo siguiente:

Partida	Clave ofertada	PMR	Porcentaje de descuento ofertado	Precio unitario con descuento por Tira sin I.V.A.	Precio presentación envase con 25 tiras	Cantidad en presentación envase con 25 tiras	Equivalente en número de tiras	Monto Total sin I.V.A.
Partida Única	379.885.0347.00.01	\$19.37	11.38%	\$17.16	\$429.00	159,162	3,979,050	\$ 68,280,498.00

El monto adjudicado anteriormente se desagrega de la siguiente manera:

Régimen Ordinario

Partida	Clave ofertada	Cantidad en presentación envase con 25 tiras	Equivalente en número de tiras	Monto sin I.V.A.
Partida Única	379.885.0347.00.01	116,630	2,915,750	\$ 50,034,270.00

IMSS Bienestar

Partida	Clave ofertada	Cantidad en presentación envase con 25 tiras	Equivalente en número de tiras	Monto sin I.V.A.
Partida Única	379.885.0347.00.01	42,532	1,063,300	\$ 18,246,228.00

Los bienes objeto de la adquisición, sí generan el impuesto al valor agregado (I.V.A.).



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



V. FECHA, LUGAR Y HORA PARA FIRMAR EL CONTRATO Y LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.

Conforme a lo establecido en el numeral **3.10 inciso b)** de la Convocatoria, para la firma del contrato el licitante adjudicado, deberá presentar a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo, los documentos que se indican en el anexo adjunto a la convocatoria denominado **Documentación Legal Solicitada para la Elaboración de Contratos**, por lo que deberá acudir a la División de Contratos, ubicada en Avenida Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, apegándose a lo establecido en la Convocatoria que rige el presente evento y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley y 84 de su Reglamento, a fin de no incurrir en las causales previstas por los artículos 59 y 60 de dicho ordenamiento legal.

Deberá actualizar sus datos en el registro interno de proveedores del IMSS, a cargo de la División de Investigación de Mercados de Arrendamientos y Servicios, ubicada en Calle Durango 291, Piso 7, ala Sinaloa, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Asimismo, deberá de entregar a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, la **garantía del cumplimiento** del contrato mediante fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en la moneda de la proposición y por el 10% del importe total del contrato sin incluir el I.V.A. a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se hace mención que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley, con esta notificación de fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el presente fallo.

VI. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL PRESENTE FALLO Y NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZARON LA EVALUACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 fracción VI de la LAASSP, se señala el nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo, así como el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de proposiciones, siendo éstos los siguientes:

Este fallo es dictado por el Mtro. Fernando Lorenzana Rojas, Titular de la División de Bienes Terapéuticos, de conformidad con el numeral 5.3.8 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 7.1.3.2.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración.

El nombre y cargo de los servidores públicos que realizaron la evaluación técnica fueron:



- Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño, Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos.
Dr. Manuel Cervantes Ocampo, Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.
Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez, Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar.

Asimismo, se señala que la evaluación de la documentación legal administrativa y la evaluación económica fueron realizadas por el Mtro. Fernando Lorenzana Rojas, Titular de la División de Bienes Terapéuticos, la C. Ana Daniela Garrido Martínez, Titular de la Subjefatura de División de Materiales de Curación y la Lic. Irma Erding Padilla, Líder de Proyectos.

VII. CIERRE DEL ACTA.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 de su Reglamento, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presentes en este acto como observadores.

Una vez que se dio lectura al Fallo, se consultó a los asistentes si tenían algún comentario u observación, manifestando no tener alguno.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de esta acta en el tablero de avisos dispuesto en el piso 4 de la División de Bienes Terapéuticos, del inmueble ubicado en Calle Durango No. 291, piso 4, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las 13:35 horas día en que se actúa, firmando la presente todos los que en él intervinieron, para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta Acta consta de 11 fojas útiles y dos anexos, constantes de 35 fojas.

Table with 3 columns: Nombre, Área, Firma. Row 1: Mtro. Fernando Lorenzana Rojas, Titular de la División de Bienes Terapéuticos, [Signature]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos



Nombre	Área	Firma
Ana Daniela Garrido Martínez	Titular de la Subjefatura de División de Materiales de Curación	
Lic. Josué Omar Vélez Correa	Jefe de División Operativa en la División de Planeación de Bienes Terapéuticos Representante de la Coordinación de Control de Abasto	
Dr. Rubén Zuart Alvarado	Representante de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel	
Dr. José Misael Hernández Carrillo	Representante de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar	

Por el Órgano Interno de Control

Nombre	Firma
Lic. Pedro Alberto Reynoso Morelos	

Fin del Acta

ANEXO I

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA (LEGAL ADMINISTRATIVA) DE LAS PROPOSICIONES LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR-047-E6-2021

En el numeral **4.1 Documentación Legal** de la Convocatoria, se relaciona la documentación legal administrativa de la proposición que debían exhibir los licitantes, precisando en cada caso, si afecta la solvencia de la proposición y remitiendo en su caso, a los apartados de la Convocatoria, Formatos y Anexos respectivos.

1. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V.			
Documentación legal y administrativa	Numeral en el que se solicita	Cumple/Presen ta/No Aplica	Folio en la propuesta
Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación. Anexo V.	4.1 a.	Sí Cumple	1-2
Escrito para la manifestación del origen de los bienes. Anexo VI o Anexo VI-A o Anexo VII.	4.1 b.	Sí Cumple	7-8
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, Anexo VIII.	4.1 c.	Sí Cumple	9
Declaración de integridad, Anexo IX.	4.1 d.	Sí Cumple	10
Convenio de participación conjunta, Anexo IV. (Solamente si participa de forma conjunta)	4.1 e.	No aplica	11-15
Documentación complementaria, no afecta la solvencia			
Escrito de estratificación de MIPYME, Anexo XI. (Solamente en caso de que el licitante pertenezca a la estratificación de MIPYME).	4.1 f.	No aplica	16-17
Información reservada y confidencial Anexo XII.	4.1 g.	Sí presenta	18
Declaración de integridad solicitado por la Comisión Federal de Competencia. Anexo XIV.	4.1 h.	Sí presenta	19-20
Acuse de presentación del manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.	4.1 i.	Sí presenta	21-22
Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. Anexo XV	4.1 k.	Sí presenta	23-25
Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	4.1 l.	Sí presenta	26

2. Genesis Healthcare Advisers, S.A. de C.V.			
Documentación legal y administrativa	Numeral en el que se solicita	Cumple/Presenta /No Aplica	Folio en la propuesta
Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación. Anexo V.	4.1 a.	Sí Cumple	5-6
Escrito para la manifestación del origen de los bienes. Anexo VI o Anexo VI-A o Anexo VII.	4.1 b.	Sí Cumple	59-62
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, Anexo VIII.	4.1 c.	Sí Cumple	63
Declaración de integridad, Anexo IX.	4.1 d.	Sí Cumple	64
Convenio de participación conjunta, Anexo IV. (Solamente si participa de forma conjunta)	4.1 e.	No aplica	65-67
Documentación complementaria, no afecta la solvencia			
Escrito de estratificación de MIPYME, Anexo XI. (Solamente en caso de que el licitante pertenezca a la	4.1 f.	Sí presenta	68

2. Genesis Healthcare Advisers, S.A. de C.V.			
Documentación legal y administrativa	Numeral en el que se solicita	Cumple/Presenta/No Aplica	Folio en la propuesta
estratificación de MIPYME).			
Información reservada y confidencial Anexo XII.	4.1 g.	Sí presenta	69
Declaración de integridad solicitado por la Comisión Federal de Competencia. Anexo XIV.	4.1 h.	Sí presenta	74-75
Acuse de presentación del manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.	4.1 i.	Sí presenta	93-95
Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. Anexo XV	4.1 k.	Sí presenta	76-78
Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	4.1 l.	Sí presenta	81

3. Healthcare Marketing, S.A. de C.V.			
Documentación legal y administrativa	Numeral en el que se solicita	Cumple/Presen ta/No Aplica	Folio en la propuesta
Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación. Anexo V.	4.1 a.	Sí Cumple	1-3
Escrito para la manifestación del origen de los bienes. Anexo VI o Anexo VI-A o Anexo VII.	4.1 b.	Sí Cumple	4
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, Anexo VIII.	4.1 c.	Sí Cumple	7
Declaración de integridad, Anexo IX.	4.1 d.	Sí Cumple	8
Convenio de participación conjunta, Anexo IV. (Solamente si participa de forma conjunta)	4.1 e.	No aplica	9
Documentación complementaria, no afecta la solvencia			
Escrito de estratificación de MIPYME, Anexo XI. (Solamente en caso de que el licitante pertenezca a la estratificación de MIPYME).	4.1 f.	Sí presenta	10
Información reservada y confidencial Anexo XII.	4.1 g.	Sí presenta	11
Declaración de integridad solicitado por la Comisión Federal de Competencia. Anexo XIV.	4.1 h.	Sí presenta	12-13
Acuse de presentación del manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.	4.1 i.	Sí presenta	14-17
Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. Anexo XV	4.1 k.	Sí presenta	18-20
Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	4.1 l.	Sí presenta	21

4. Musa del Pacífico, S.A. de C.V.			
Documentación legal y administrativa	Numeral en el que se solicita	Cumple/Presen ta/No Aplica	Folio en la propuesta
Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación. Anexo V.	4.1 a.	Sí Cumple	1
Escrito para la manifestación del origen de los bienes. Anexo VI o Anexo VI-A o Anexo VII.	4.1 b.	Sí Cumple	2
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, Anexo VIII.	4.1 c.	Sí Cumple	3
Declaración de integridad, Anexo IX.	4.1 d.	Sí Cumple	4
Convenio de participación conjunta, Anexo IV. (Solamente si participa de forma conjunta)	4.1 e.	No aplica	---

4. Musa del Pacífico, S.A. de C.V.			
Documentación legal y administrativa	Numeral en el que se solicita	Cumple/Presen ta/No Aplica	Folio en la propuesta
Documentación complementaria, no afecta la solvencia			
Escrito de estratificación de MIPYME, Anexo XI. (Solamente en caso de que el licitante pertenezca a la estratificación de MIPYME).	4.1 f.	Sí presenta	5
Información reservada y confidencial Anexo XII.	4.1 g.	Sí presenta	6
Declaración de integridad solicitado por la Comisión Federal de Competencia. Anexo XIV.	4.1 h.	Sí presenta	7-8
Acuse de presentación del manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.	4.1 i.	No presenta	9
Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. Anexo XV	4.1 k.	Sí presenta	10-12
Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	4.1 l.	Sí presenta	13

5. Pasteur Health Care, S.A. de C.V.			
Documentación legal y administrativa	Numeral en el que se solicita	Cumple Si/No /No aplica	Folio en la propuesta
Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación. Anexo V.	4.1 a.	Sí Cumple	11-14
Escrito para la manifestación del origen de los bienes. Anexo VI o Anexo VI-A o Anexo VII.	4.1 b.	Sí Cumple	51-53
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, Anexo VIII.	4.1 c.	Sí Cumple	55
Declaración de integridad, Anexo IX.	4.1 d.	Sí Cumple	57
Convenio de participación conjunta, Anexo IV. (Solamente si participa de forma conjunta)	4.1 e.	No aplica	59
Documentación complementaria, no afecta la solvencia			
Escrito de estratificación de MIPYME, Anexo XI. (Solamente en caso de que el licitante pertenezca a la estratificación de MIPYME).	4.1 f.	Sí presenta	65
Información reservada y confidencial Anexo XII.	4.1 g.	Sí presenta	67
Declaración de integridad solicitado por la Comisión Federal de Competencia. Anexo XIV.	4.1 h.	Sí presenta	74-76
Acuse de presentación del manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.	4.1 i.	Sí presenta	78-80
Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. Anexo XV	4.1 k.	Sí presenta	82-84
Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	4.1 l.	Sí presenta	86

Con base en la evaluación que antecede, se concluyó que la documentación legal - administrativa presentada por los licitantes; **cumple** satisfactoriamente con los extremos solicitados en la Convocatoria, y en aquellos casos en que no presentaron diversa documentación, dada su naturaleza de documentación complementaria, no afecta la solvencia de las propuestas.

Esta evaluación se realiza con fundamentos en los numerales 4.2.2.1.15 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público (Manual) y 4.39 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES).

División de Bienes Terapéuticos

Autorizó	
 Mtro. Fernando Lorenzana Rojas Titular	
Elaboró	Revisó
 Irma Erding Padilla Líder de Proyectos	 Ana Daniela Garrido Martínez Titular de la Subjefatura de División de Materiales de Curación.

Ciudad de México, a 23 de abril de 2021











GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Control de Abasto
Coordinación Técnica de Planeación



Oficio N° 09 53 84 61 1810/202100 '2767

Ciudad de México, a 23 de abril de 2021

Mtro. Fernando Lorenzana Rojas

Titular de la División de Bienes Terapéuticos
Presente

Me dirijo atentamente a Usted, con relación a las propuestas recibidas por parte de 6 licitantes en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación del procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre comercio **LA-050GYR047-E6-2021**, para la adquisición de "Tiras Reactivas para la determinación cuantitativa de Colesterol para la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel y la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar", celebrado el pasado 15 de abril del año en curso.

Al respecto, se remite la evaluación técnica realizada por la Coordinación de Atención a la Salud en el Primer Nivel, la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar y la División de Planeación de Bienes Terapéuticos, precisando que conforme a los criterios de evaluación técnica la evaluación de cada área consistió en lo siguiente:

- La Coordinación de Atención a la Salud en el Primer Nivel y la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar fueron los encargados de evaluar:
 - Licencias, Permisos, Registros, Certificados o Autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien, Registro Sanitario.
 - Folletos o catálogos o fotografías o manuales, entre otros, para comprobar las especificaciones técnicas requeridas
- La División de Planeación de Bienes Terapéuticos evaluó los siguientes aspectos:
 - Anexo Propuesta Técnica (respecto a su exhibición y requisitado).
 - Norma o Especificación Técnica que deben cumplir los bienes.
 - Carta de Respaldo; aplicable sólo en caso de que se oferte Registros Sanitarios de los bienes objeto de contratación en que no es titular o representante legal en México del Registro Sanitario indicado.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Mtra. Zorja Aurora Coutiño Ruíz

Titular de la Coordinación Técnica de Planeación

Con copia para:

- C.P. **Jesus Eduardo Thomas Ulloa**.- Titular de la Unidad de Administración. (*)
- Dr. **Efraín Arizmendi Uribe**.- Encargado del despacho de la Unidad de Atención Médica. (*)
- Dra. **Gijsela Juliana Lara Saldaña**.- Titular de la Unidad IMSS-Bienestar: Presente (*)
- Mtro. **Carlos Enrique García Romero**.- Titular de la Coordinación de Control de Abasto (*)
- Dr. **Manuel Cervantes Ocampo**.- Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel. (*)
- Dr. **Juan Carlos Ledesma Vázquez**.- Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar. (*)

Copias enviadas a través del SICCC



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-EG-2021



APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS.

CLAVE										PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ANEXO X, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA	CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO									
379	885	0547	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A DE CV	3,979.050	159.162	2671R2012 SSA	J81-071108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR EL COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD S.A. DE CV.	CUMPLE	CUMPLE			
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIONES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METALICA. ESTÉRIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERCO S DE RL DE CV	3,979.050		2412C2014 SSA RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME090401-8V2		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD S.A. DE CV	CUMPLE	NO APLICA			
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA CRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES				EMERCO S DE RL DE CV	16.178		0289E2015 SSA RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME090401-8V2		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD S.A. DE CV	CUMPLE	NO APLICA			
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				JMT BIOMEDICAL S.A DE CV	16.178		2672E2012 SSA RFC DEL TIT DEL REGISTRO J81-071108-R12		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE IN		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD S.A. DE CV	CUMPLE	NO APLICA			

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

															APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS.					
CLAVE		PRESENTACIÓN			CANTIDAD								4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO		4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA					
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
379	BB5	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	3,979.050	159.162	2671R2012 SSA	JBI-07108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR EL COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR METÁLICA ESTÉRIL. DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERCO S. DE R.L DE C.V.	3,979.050		2412C2014 SSA RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME0904-01-8V2		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				EMERCO S. DE R.L DE C.V.	16.178		0289E2015 SSA RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME0904-01-8V2		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				JMT BIOMEDICAL SA. DE C.V.	16.178		2672E2012 SSA RFC DEL TIT. DEL REGISTRO JBI-07108-R12		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE-IN		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

															APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR														
CLAVE															PRESENTACIÓN		CANTIDAD										REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO. 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA	4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA MÉDICA
CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GÉNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL	FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (4.2.4 INCISO E)										
379	BBS	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL SA DE CV	3.979.050	159.162	2671R2012 SSA	JBI-071108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR EL COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL	CUMPLE	CUMPLE									
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIONES Y OBTENER SANGRE CAPILAR METÁLICA. ESTÉRIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S. DE RL DE CV	3.979.050		242C2014 SSA RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME090401-8V2		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.		CUMPLE	CUMPLE									
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO PORTA LANCETA. SUJETADOR DE LA LANCETA. BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA. GRADUABLE. QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				EMERGO S. DE RL DE CV	16.178		0289E2015 SSA RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME090401-8V2		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.		CUMPLE	CUMPLE									
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				JMT BIOMEDICAL SA DE CV	16.178		2672E2012 SSA RFC DEL TIT. DEL REGISTRO JBI-071108-R12		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS	MULTICARE-IN		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.	CUMPLE (SE CONTABILIZAN 153 DIAS NATURALES) REGISTRO NO 2672E2012SSA. FECHA DE VENCIMIENTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA LA PRORROGA PRESENTO: COPIA SIMPLE LECIBLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRAMITE DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO FECHADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. TAMBIEN PRESENTA CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL CONSIGNADO EN EL PROPIO REGISTRO, DONDE ACREDITA CLARAMENTE QUE SE TRATA DEL INSUMO Y REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA, Y MANIFIESTA QUE EL TRAMITE DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO DEL CUAL PRESENTA COPIA FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA. FECHADO EL 15 DE ABRIL DEL 2021.	CUMPLE	CUMPLE									

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

														APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR													
CLAVE														PRESENTACIÓN		CANTIDAD								4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO		REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO. 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA	
CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GÉNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAIS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OBJETO DE LA LICITACIÓN	REGISTRO SANITARIO DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA	REGISTRO SANITARIO DE LA LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR							
379	085	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL, QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL SA DE CV	3,979.050	159.162	2671R2012 S5A	JBI-071108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR EL COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.	CUMPLE (SE CONTABILIZAN 153 DÍAS NATURALES) REGISTRO NO 2671R2012SSA. FECHA DE VENCIMIENTO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA LA PRORROGA PRESENTA. COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO # FECHADO EL 27 DE ABRIL DE 2017, TAMBIEN PRESENTA CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL CONSIGNADO EN EL PROPIO REGISTRO, DONDE ACREDITA CLARAMENTE QUE SE TRATA DEL INSUMO Y REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA Y MANIFIESTA QUE EL TRÁMITE DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA. FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA. FECHADO EL 15 DE ABRIL DEL 2021.									
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S DE RL DE CV	3,979.050		2412C2014 S5A	RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME090401-6V2	LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.		CUMPLE REGISTRO NO 2412C2014SSA. FECHA DE VENCIMIENTO: 18 DE MARZO DE 2025.								
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES				EMERGO S DE RL DE CV	16.178		0289E2015 S5A	RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME090401-6V2	DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.		CUMPLE REGISTRO No 0289E2015SSA FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.								
					EQUIPO MEDIDOR PORTATIL PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				JMT BIOMEDICAL SA DE CV	16.178		2672E2012 S5A	RFC DEL TIT DEL REGISTRO JBI-071108-R12	MEDIDOR DE CLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE-IN		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


11/11/2021


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

CLAVE										PRESENTACIÓN			CANTIDAD										OBSERVACIONES	EVALUACIÓN TÉCNICA
CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENÉRICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE							
379	IBBS	03/7	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	3,979.050	159.162	2671R2012 SSA	JBI-07108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR EL COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.							
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIONES Y OBTENER SANGRE CAPILAR, METÁLICA, ESTÉRIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S. DE RL DE C.V.	3,979.050		2412C2014 SSA RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME090401-8V2		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.							
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				EMERGO S. DE RL DE C.V.	16.178		0289E2015 SSA RFC DEL TITULAR DEL REGISTRO EME090401-8V2		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.							
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	16.178		2672E2012 SSA RFC DEL TIT. DEL REGISTRO JBI-07108-R12		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRICLÍCERIDOS	MULTICARE-IN		SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD. S.A. DE C.V.							


Dr. Manuel Carvantes Ocampo
 Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.


Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez
 Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar


Lic. Ana Laura Montes de Oca Choraño
 Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos

CUMPLE TÉCNICAMENTE



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO LA-050CYR047-E6-2021

													APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISION DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS.							
CLAVE													4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO			4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA				
CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNL	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENEICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
379	885	0147	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL, QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A. DE CV.	3.979.050	159162	2671R2012 SSA	JBI-07108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE CV.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR, METÁLICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S. DE R.L. DE CV.	3.979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES				EMERGO S. DE R.L. DE CV.	16.178		0289E2015 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				JMT BIOMEDICAL S.A. DE CV	16.178		2672E2012 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS	MULTICARE-IN			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

															APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.				
CLAVE															ANEXO X. CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA		CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA		
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO
379	B85	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	3979.050	159.162	2671R2012 SSA	JBI-071108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS. S.A. DE CV	CUMPLE	CUMPLE
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIONES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METALICA. ESTÉRIL. DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S. DE R.L. DE C.V.	3979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS			CUMPLE	NO APLICA
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO. PORTA LANCETA SUJETADOR DE LA LANCETA. BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				EMERGO S. DE R.L. DE C.V.	16.176		0289E2015 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE			CUMPLE	NO APLICA
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	16.176		2672E2012 SSA		MEDIDOR DE CLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE IN			CUMPLE	NO APLICA



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO LA-050GYR047-E6-2021

														APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR																			
CLAVE														PRESENTACIÓN		CANTIDAD		4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO														REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA	
CIPO	GEN	ESP	DFE	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OBJETO DE LA LICITACIÓN	REGISTRO SANITARIO DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA	REGISTRO SANITARIO DE LA LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR													
379	BMS	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A DE C.V	3,979.050	159.162	267R2012 SSA	18I-07108 RI2	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	CUMPLE MODIFICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO No. 2671R2012 SSA, FECHA DE VENCIMIENTO 27 DE SEPTIEMBRE 2017. INCLUIVEN COPIA SIMPLE LEGIBLE DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, FECHA 27 DE ABRIL DE 2017, SIENDO 154 DIAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO ANTE COFEPRIS. CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE MANIFIESTA QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA ES DEL INSUMO DE TIRAS REACTIVAS PARA MEDICIÓN DE COLESTERO, DEL CUAL SE MANIFIESTA QUE FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA Y QUE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO A TRÁMITE DE PRÓRROGA.															
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR, METÁLICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S DE R.L DE C.V.	3,979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS				CUMPLE PRÓRROGA REGISTRO SANITARIO 2412C2014 SSA FECHA DE VENCIMIENTO 18 DE MARZO DE 2025														
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO. PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				EMERGO S DE R.L DE C.V.	16.178		0289E2015 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE				CUMPLE PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO 0289E2015 SSA No. SOLICITUD 19350142IC0083 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DENOVIEMBRE DE 2024														
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V	16.178		267E2012 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE-IN																		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO LA-050GYR047-E6-2021

														APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR						
CLAVE		PRESENTACIÓN			CANTIDAD								REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA		4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA MÉDICA				
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTATIL	FO LLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (4.24-A INCISO E)	
379	RB5	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	3,979.050	159,162	2671R2012 SSA	JBI-07108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE CV	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTATIL	CUMPLE	CUMPLE
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR, METALICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S. DE R.L. DE C.V.	3,979.050		241ZC204 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS				CUMPLE	CUMPLE
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO, CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				EMERGO S. DE R.L. DE C.V.	16,178		0289E2015 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE				CUMPLE	CUMPLE
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	16,178		2672E2012 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA, COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE-IN			CUMPLE MODIFICACION DE REGISTRO SANITARIO 2672E2012 SSA. FECHA DE VENCIMIENTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. INCLUYEN COPIA SIMPLE LEGIBLE SOMETIDO A PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO ACREDITANDO CLARAMENTE QUE SE TRATA DEL INSUMO Y REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA ANTE COFEPRIS DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017, SIENDO 154 DÍAS NATURALES PREVIO A SU VENCIMIENTO. CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA.	CUMPLE	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO LA-050CYR047-E6-2021

CLAVE								PRESENTACIÓN			CANTIDAD						OBSERVACIONES	EVALUACIÓN TÉCNICA
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN		
379	885	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A DE CV	3.979.050	159162	2671R2012 SSA	3BI-071108-R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE CV.	
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S DE RL DE CV	3.979.050		2412C204 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS			
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				EMERGO S DE RL DE CV	16.378		0289E2015 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	DROPLET LANCING DEVICE			
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				JMT BIOMEDICAL S.A DE CV	16.178		2672E2012 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA, COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE-IN			

CUMPLE TÉCNICAMENTE

Dr. Manuel Cervantes Ocampo
Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.

Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez
Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar

Lic. Ana Laura Montes de Oca Chorroño
Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS.

													4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO			4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA				
CLAVE	PRESENTACIÓN			CANTIDAD																
CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
379	885	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL. QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TRA	JMT BIOMEDICAL S.A DE C.V.	3,979,050	159,162	2671R2012 SSA	JB1071108R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	MUSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA. ESTÉRIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL. ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERGO S DE R.L DE C.V	3,979,050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		MUSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO, PORTA LANCETA. SUJETADOR DE LA LANCETA. BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA. GRADUABLE. QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES				NA	15,944		NA		NA	NA		MUSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				JMT BIOMEDICAL S.A DE C.V.	15,944		2672E2021 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE IN		MUSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

													APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS.						
CLAVE				PRESENTACIÓN			CANTIDAD						ANEXO X, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA		CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA				
CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO
379	895	03/17	01	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL, QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V	3,979.050	159.162	2671R2012 SSA	3B107110BR1Z	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	MUSA DEL PACÍFICO, S.A DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INTEGRA CARTA DE RESPALDO DEL DEL FABRICANTE, ÚNICAMENTE INTEGRA LA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO QUE INCUMPLE CON EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR METÁLICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERCO S DE R.L DE C.V.	3,979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		MUSA DEL PACÍFICO, S.A DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				NA	15.944		NA		NA	NA		MUSA DEL PACÍFICO, S.A DE C.V.	NO CUMPLE. EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE DISPARADORES REQUERIDOS NECESARIOS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACIÓN, OFERTANDO UNA CANTIDAD MENOR	NO APLICA
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR, LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	15.944		2672E2021 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE IN		MUSA DEL PACÍFICO, S.A DE C.V.	NO CUMPLE. EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE EQUIPOS MEDIDORES NECESARIOS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACION, OFERTANDO UNA CANTIDAD MENOR	NO APLICA

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

														APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR											
CLAVE														PRESENTACIÓN		CANTIDAD						4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO		REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA	
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OBJETO DE LA LICITACIÓN	REGISTRO SANITARIO DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA	REGISTRO SANITARIO DE LA LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR					
579	BB5	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL SA DE CV	3,979.050	159,162	2671R2012 SSA	JB1071108R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE (SE CONTABILIZAN 153 DÍAS NATURALES) MODIFICACIÓN 2671R2012 SSA FECHA DE VENCIMIENTO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PRÓRROGA: PRESENTA COMPROBANTE DE TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL 27 ABRIL 2017, FORMATO DE TRÁMITE, CARTA SOLICITUD DE PRÓRROGA ANTE COFEPRIS Y CARTA AL IMSS INFORMANDO SOLICITUD DE PRÓRROGA.							
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR, METÁLICA, ESTÉRIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL, ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERCO S DE RL DE CV	3,979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.		NO CUMPLE. REGISTRO NO 2412C2014 SSA FECHA DE VENCIMIENTO 02 DE DICIEMBRE DE 2019. NO PRESENTA COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO ANTE COFEPRIS, QUE PERMITA ACREDITAR CLARAMENTE QUE SE TRATA DEL INSUMO Y REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA. SÓLO PRESENTA ANTE EL IMSS EN HOJA MEMBRETADA CARTA DONDE MANIFIESTA QUE EL INSUMO Y REGISTRO SANITARIO OFERTADO ASÍ COMO EL TRÁMITE DE PRÓRROGA FUERON EN TIEMPO Y FORMA, ESTÁ FECHADO EL 15 DE ENERO DE 2021						
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO, CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES				NA	15,944		NA		NA	NA		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.		NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO						
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				JMT BIOMEDICAL SA DE CV	15,944		2672E2021 SSA		MEDIDOR DE CLUCOSA, COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE IN		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.								

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

															APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR				
CLAVE		PRESENTACIÓN			CANTIDAD								REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA	4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA MÉDICA				
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNID	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE		PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTATIL	FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (4.2.4 INCISO E)
379	885	0347	00	01	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL SA DE CV	3,979.050	159.162	2671R2012 SSA	JBI071108R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE CV.	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTATIL	CUMPLE	CUMPLE
								EMERGO S. DE RL DE CV	3,979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE CV.		NO CUMPLE. LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS (LANCETAS). LOS PRESENTÓ EN IDIOMA INGLÉS	NO CUMPLE
								NA	15,944		NA		NA	NA		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE CV.		CUMPLE	NO CUMPLE
								JMT BIOMEDICAL SA DE CV	15,944		2672E2021 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA, COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS	MULTICARE IN		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE CV.	CUMPLE REGISTRO NO. 2672E2012SSA. FECHA DE VENCIMIENTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PRESENTA PRÓRROGA ANTE LA COFEPRIS DEL 27 DE ABRIL DE 2017 (SE CONTABILIZAN 153 DÍAS NATURALES). PRESENTA COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA, ASÍ COMO CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL ACREDITANDO QUE SE TRATA DEL INSUMO Y REGISTRO SANITARIO Y DONDE MANIFIESTA QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA FUE EN TIEMPO Y FORMA CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DE 2021	CUMPLE	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

CLAVE							PRESENTACIÓN			CANTIDAD				OBSERVACIONES		EVALUACIÓN TÉCNICA			
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		
579	BB5	0547	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	3,979.050	159.162	2671R2012 SSA	9B1071108R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO F DE LA CONVOCATORIA. EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INTEGRA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, ÚNICAMENTE INTEGRA LA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO QUE INCUMPLE CON EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO	
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				EMERCO S. DE R.L. DE C.V.	3,979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISOS C Y E DE LA CONVOCATORIA, NO PRESENTA COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO ANTE COFEPRIS, QUE PERMITA ACREDITAR CLARAMENTE QUE SE TRATA DEL INSUMO Y REGISTRO SANITARIO QUE OFERTA. SÓLO PRESENTA ANTE EL IMSS EN HOJA MEMBRETADA CARTA DONDE MANIFIESTA QUE EL INSUMO Y REGISTRO SANITARIO OFERTADO ASÍ COMO EL TRÁMITE DE PRÓRROGA FUERON EN TIEMPO Y FORMA, ESTÁ FECHADO EL 15 DE ENERO DE 2021. LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS,	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 INCISOS A, C, E Y F DE LA CONVOCATORIA, POR LO INDICADO EN LA COLUMNA DE 'OBSERVACIONES' DE LA PRESENTE EVALUACIÓN TÉCNICA. ACTUALIZANDOSE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISOS g), h), i) y c) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				NA	15,944		NA		NA	NA		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISOS A Y C DE LA CONVOCATORIA, EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO OFERTA EL NÚMERO DE DISPARADORES SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO QUE NO OFERTA EL TOTAL DE INSUMOS NECESARIOS PARA SU USO, ADICIONALMENTE SE PRECISO QUE LOS BIENES NECESARIOS PARA SU USO, DEBIÁN CONTAR CON REGISTRO SANITARIO, SIN QUE INDIQUE REGISTRO EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA Y EN CONSECUENCIA LO HAYA ANEXADO	
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	15,944		2672E2021 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA, COLESTEROL Y TRILICÉRIDOS	MULTICARE IN		MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO A DE LA CONVOCATORIA, EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE EQUIPOS MEDIDORES REQUERIDOS Y SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO QUE NO OFERTA EL TOTAL DE INSUMOS NECESARIOS PARA SU USO	

Dr. Manuel Cervantes Ocampo
Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel

Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez
Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar

Lic. Ana Laura Montes de Oca Choroño
Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos

0015

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021



														APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS.											
CLAVE														PRESENTACIÓN		CANTIDAD						ANEXO X, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA		CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	
CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO						
379	BBS	0347	00		TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	3.979.050	159.162	0571R2016 SSA	PHC120706K97	TIRAS REACTIVAS	TIRAS REACTIVAS DE COLESTEROL PASTEUR	ITALIA	PASTEUR HEALTH CARE, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA AL SER TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO						
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR, METÁLICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA PRESENTACIÓN CAJAS CON 100 LANCETAS				PASTEUR HEAKTH CARE, S.A. DE C.V.	3.979.050		0536E2021 SSA		LANCETA DE SANGRE DE UN SOLO USO	DROPLET® PERSONAL LANCETS 30G		PASTEUR HEALTH CARE, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA						
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA CRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA PRESENTACIÓN: CAJA CON 1 PIEZA				PASTEUR HEAKTH CARE, S.A. DE C.V.	16.178	DISPARADORES	0514E2021 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN MANUAL REUTILIZABLE	DROPLET® LANCING DEVICE		PASTEUR HEALTH CARE, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA						
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	16.178	COLESTEROMETROS	0562E2016 SSA		MEDIDOR MULTIPARAMETRICO	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PASTEUR		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO APLICA						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0016

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

															APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.					
CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD						4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO		4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA				
GPO	GEN	ESP	DIR	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS
379	885	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	35	TIRA	PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	3.979.050	159.162	0571R2016 SSA	PHC120706K97	TIRAS REACTIVAS	TIRAS REACTIVAS DE COLESTEROL PASTEUR	ITALIA	PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIONES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA ESTÉRIL. DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR. PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA. PRESENTACIÓN: CAJAS CON 100 LANCETAS				PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	3.979.050 LANCETAS		0536E2021 SSA		LANCETA DE SANGRE DE UN SOLO USO	DROPLET® PERSONAL LANCETS 30G		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO, PORTA LANCETA SUJETADOR DE LA LANCETA. BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES. PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA. PRESENTACIÓN: CAJA CON 1 PIEZA				PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	16.178 DISPARADORES		0514E2021 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN MANUAL REUTILIZABLE	DROPLET® LANCING DEVICE		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	16.178 COLESTERÓMETROS		0562E2016 SSA		MEDIDOR MULTIPARAMETRICO	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PASTEUR		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

													APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR							
CLAVE													4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA: NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO			REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA				
CIO	GEN	ESP	DIR	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OBJETO DE LA LICITACIÓN	REGISTRO SANITARIO DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA	REGISTRO SANITARIO DE LA LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR
379	BB5	0547	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	PASTEUR HEALTH CARE S.A DE C.V.	3.979.050	159.162	0571R2016 SSA	PHCI20706K97	TIRAS REACTIVAS	TIRAS REACTIVAS DE COLESTEROL PASTEUR	ITALIA	PASTEUR HEALTH CARE S.A DE C.V	CUMPLE REGISTRO No 0571R2016SSA. FECHA DE VENCIMIENTO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR METÁLICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR. PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA PRESENTACIÓN CAJAS CON 100 LANCETAS				PASTEUR HEAKTH CARE, S.A DE C.V.	3.979.050 LANCETAS		0536E2021 SSA		LANCETA DE SANGRE DE UN SOLO USO	DROPLET® PERSONAL LANCETS 30G		PASTEUR HEALTH CARE S.A DE C.V		CUMPLE REGISTRO No 0536E2021SSA. FECHA DE VENCIMIENTO: 5 DE ABRIL DE 2026	
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES. PAÍS DE FABRICACIÓN POLONIA PRESENTACIÓN: CAJA CON 1 PIEZA				PASTEUR HEAKTH CARE, S.A DE C.V.	16.178 DISPARADORES		0514E2021 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN MANUAL REUTILIZABLE	DROPLET® LANCING DEVICE		PASTEUR HEALTH CARE S.A DE C.V	CUMPLE. REGISTRO No 0514E2021SSA. FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE MARZO DE 2026.		
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				PASTEUR HEALTH CARE S.A DE C.V.	16.178 COLESTERÓMETROS		0562E2016 SSA		MEDIDOR MULTIPARAMETRICO	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PASTEUR		PASTEUR HEALTH CARE S.A DE C.V			

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-EG-2021

														APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR													
CLAVE														PRESENTACIÓN			CANTIDAD						REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 (INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA			4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA MÉDICA
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL	FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (4.24.4 INCISO E)								
379	BB5	0347	100		TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	3,979.050	159.162	0571R2016 SSA	PHC120706K97	TIRAS REACTIVAS	TIRAS REACTIVAS DE COLESTEROL PASTEUR	ITALIA	PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.		CUMPLE	CUMPLE							
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIONES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA. ESTÉRIL. DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL. ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR. PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA. PRESENTACIÓN: CAJAS CON 100 LANCETAS				PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	3,979.050 LANCETAS		0536E2021 SSA		LANCETA DE SANGRE DE UN SOLO USO	DROPLET® PERSONAL LANCETS 30G		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.		CUMPLE	CUMPLE							
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES. PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA. PRESENTACIÓN: CAJA CON 1 PIEZA				PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	16,178 DISPARADORES		0514E2021 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN MANUAL REUTILIZABLE	DROPLET® LANCING DEVICE		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.		CUMPLE	CUMPLE							
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	16,178 COLESTERÓMETROS		0562E2016 SSA		MEDIDOR MULTIPARAMETRICO	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PASTEUR		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	CUMPLE REGISTRO No 0562E2016SSA. FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	CUMPLE	CUMPLE							

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

CLAVE										PRESENTACIÓN			CANTIDAD				OBSERVACIONES	EVALUACIÓN TÉCNICA
CPO	CEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN		
379	B85	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL. QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	3.979.050	159.162	0571R2016 SSA	PHC120706K97	TIRAS REACTIVAS	TIRAS REACTIVAS DE COLESTEROL PASTEUR	ITALIA	PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V	
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA ESTÉRIL. DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL. ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR. PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA PRESENTACIÓN CAJAS CON 100 LANCETAS				PASTEUR HEAKTH CARE S.A. DE C.V.	3.979.050		0536E2021 SSA		LANCETA DE SANGRE DE UN SOLO USO	DROPLET® PERSONAL LANCETS 30C		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V	
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO. PORTA LANCETA. SUJETADOR DE LA LANCETA. BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE. QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES. PAÍS DE FABRICACIÓN: POLONIA PRESENTACIÓN: CAJA CON 1 PIEZA				PASTEUR HEAKTH CARE S.A. DE C.V.	16.178		0514E2021 SSA		DISPOSITIVO DE PUNCIÓN MANUAL REUTILIZABLE	DROPLET® LANCING DEVICE		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V	
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V.	16.178		0562E2016 SSA		MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PASTEUR		PASTEUR HEALTH CARE S.A. DE C.V	

CUMPLE TÉCNICAMENTE

[Signature]
Dr. Manuel Cervantes Ocampo
 Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.

[Signature]
Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez
 Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar

[Signature]
Lic. Ana Laura Montes de Oca Chorrón
 Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021



														APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.					
CLAVE					PRESENTACIÓN			CANTIDAD						ANEXO X. CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA	CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA				
CPD	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNL	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	CARTA DE RESPALDO
579	BB5	0347	00	01	1 TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. 2 COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL. 3 QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL 4. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	MEXGLOBAL SA. DE CV	3,979,050	159,162	1084R2007 SSA	MEX0102272RS	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	PTS PANELS TM CHOLESTEROL TEST STRIPS	E.U.A	HEALTHCARE MARKETNG. S.A. DE CV.	CUMPLE	NO CUMPLE. EL LICITANTE NO ES TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. SIN QUE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA INTEGRCARTA DE RESPALDO DEL DEL FABRICANTE, ÚNICAMENTE INTEGRA LA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. POR LO QUE INCUMPLE CON EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA. ESTÉRIL. DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL. ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				MEXGLOBAL SA. DE CV.	3,383,300		0702C2012 SSA		LANCETAS	MULTILET TM			NO CUMPLE. EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LANCETAS NECESARIAS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACIÓN	NO APLICA
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO. PORTA LANCETA. SUJETADOR DE LA LANCETA. BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA. GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES				MEXGLOBAL SA. DE CV.	15,905		254E2018 SSA		DISPOSITIVO PAR PUNCIÓN CAPILAR	MULTI-LANCET DEVICE 2			NO CUMPLE. EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE DISPARADORES REQUERIDOS NECESARIOS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACION	NO APLICA
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				MEXGLOBAL SA. DE CV.	15,905		1542E2006 SSA		ANALIZADOR PORTATIL	PTS CARDIOCHECK TM			NO CUMPLE. EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE EQUIPOS MEDIDORES NECESARIOS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACION.	NO APLICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050CYR047-E6-2021

														APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS.																			
CLAVE														PRESENTACIÓN			CANTIDAD		4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO														4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA
CPO	CEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS													
379	885	0347	00	01	1.TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. 2. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL. 3. QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. 4. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	3979.050	159.162	1084R2007 SSA	MEX0102272R5	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	PTS PANELS TM CHOLESTEROL TEST STRIPS	E.U.A	HEALTHCARE MARKETING S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA ESTÉRIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	3383.300		0702C2012 SSA		LANCETAS	MULTILET TM			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	15.905		254E2018 SSA		DISPOSITIVO PAR PUNCIÓN CAPILAR	MULTI-LANCET DEVICE 2			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	15.905		1542E2006 SSA		ANALIZADOR PORTÁTIL	PTS CARDIOCHECK TM			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

													APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR							
CLAVE													4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA: NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO	REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA						
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UHI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OBJETO DE LA LICITACIÓN	REGISTRO SANITARIO DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA	REGISTRO SANITARIO DE LA LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR
379	885	0547	00	01	1 TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. 2 COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL. 3 QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. 4. TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	3,979,050	159,162	1084R2007 SSA	MEX0102272R5	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	PTS PANELS TM CHOLESTEROL TEST STRIPS	EUA	HEALTHCARE MARKETING, S.A. DE C.V.	CUMPLE REGISTRO No 1084R2007SSA. FECHA DE VIGENCIA: 23 DE OCTUBRE DE 2022.		
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA. ESTÉRIL. DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	3,383,300		0702C2012 SSA		LANCETAS	MULTILET TM					CUMPLE REGISTRO No 1658E2019SSA. FECHA DE VENCIMIENTO: 18 DE OCTUBRE DE 2024.
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA, GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	15,905		254E2018 SSA		DISPOSITIVO PAR PUNCIÓN CAPILAR	MULTI-LANCET DEVICE 2					CUMPLE REGISTRO No 254E2018SSA. FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ENERO DE 2023.
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS.				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	15,905		1542E2006 SSA		ANALIZADOR PORTÁTIL	PTS CARDIOCHECK TM					

														APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR						
CLAVE		PRESENTACIÓN			CANTIDAD								REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, A.2 (INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA		4.2 (INCISO E) DE LA CONVOCATORIA	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA MÉDICA				
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GÉNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAIS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTATIL	FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (4.24.4 INCISO E)	
379	885	0347	00	01	1 TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. 2 COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL 3 QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. 4. TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	3 979.050	159162	1094R2007 SSA	MEX0102272RS	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	PTS PANELS TM CHOLESTEROL TEST STRIPS	E.U.A.	HEALTHCARE MARKETING, S.A. DE C.V.		CUMPLE	CUMPLE
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA, ESTÉRIL, DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	3 383.300		0702C2012 SSA		LANCETAS	MULTILET TM				CUMPLE	CUMPLE
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE, QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	15.905		254E2018 SSA		DISPOSITIVO PAR PUNCIÓN CAPILAR	MULTI-LANCET DEVICE 2				CUMPLE	CUMPLE
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				MEXGLOBAL S.A. DE C.V.	15.905		1542E2006 SSA		ANALIZADOR PORTATIL	PTS CARDIOCHECK TM			CUMPLE REGISTRO N°1542E2006SSA FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2022.	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

0024

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LA-050GYR047-E6-2021

CLAVE										PRESENTACIÓN			CANTIDAD						OBSERVACIONES	EVALUACIÓN TÉCNICA
GPO	CEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE			
379	885	0347	00	01	1.TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. 2. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL 3. QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL 4. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	MEXGLOBAL S.A DE C.V.	3,979,050	159,162	1084R2007 SSA	MEX0102272R5	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	PTS PANELS TM CHOLESTEROL TEST STRIPS	E.U.A.	HEALTHCARE MARKETING, S.A DE C.V.	NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO F DE LA CONVOCATORIA. EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INTEGRA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE. ÚNICAMENTE INTEGRA LA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. POR LO QUE INCUMPLE CON EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO	<p>NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO A DE LA CONVOCATORIA. EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LANCETAS NECESARIAS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACIÓN REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES.</p> <p>NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO A. EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE DISPARADORES NECESARIAS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACIÓN REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES.</p> <p>NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO A DE LA CONVOCATORIA. EL LICITANTE EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE EQUIPOS MEDIDORES NECESARIAS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACIÓN REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES.</p>	
					LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR. METÁLICA. ESTÉRIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL ADAPTABLE Y FUNCIONAL AL DISPARADOR				MEXGLOBAL S.A DE C.V.	3,383,300		0702C2012 SSA		LANCETAS	MULTILET TM			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 INCISO A Y F DE LA CONVOCATORIA. POR LO INDICADO EN LA COLUMNA DE "OBSERVACIONES" DE LA PRESENTE EVALUACIÓN TÉCNICA.		
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO PORTA LANCETA. SUJETADOR DE LA LANCETA BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA. GRADUABLE. QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES				MEXGLOBAL S.A DE C.V.	15,905		254E2018 SSA		DISPOSITIVO PAR PUNCIÓN CAPILAR	MULTI-LANCET DEVICE 2			ACTUALIZÁNDOSE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISOS g), k) y o) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA		
					EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN SANGRE CAPILAR. LOS RESULTADOS DEBEN APARECER EN UN LAPSO NO MAYOR A 180 SEGUNDOS				MEXGLOBAL S.A DE C.V.	15,905		1542E2006 SSA		ANALIZADOR PORTÁTIL	PTS CARDICHECK TM					

Dr. Miguel Cervantes Ocampo
Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.

Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez
Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar.

Lic. Ana Laura Montes de Oca Corona
Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos



													APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.			
CLAVE			PRESENTACIÓN			CANTIDAD			NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GÉNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	ANEXO X. CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA	CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, CON BASE EN EL NUMERAL 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNID	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO							CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN
379	B85	0547	00	01	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.	3,979,050	159,162	267R2012 SSA	3B1071108R12	ITALIA	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE. EL LICITANTE NO INDICA LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA AL NO ASENTAR LOS DATOS DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO	NO CUMPLE. EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INTEGRA CARTA DE RESPALDO DEL DEL FABRICANTE. ÚNICAMENTE INTEGRA LA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO QUE INCUMPLE CON EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO
								EMERCO, S DE RL DE C.V.	3,979,050		2412C2014 SSA			COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE. EL LICITANTE NO INDICA LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA AL NO ASENTAR LOS DATOS DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO	NO APLICA
															NO CUMPLE. EL LICITANTE NO INDICA LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA AL NO ASENTAR LOS DATOS DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO	NO APLICA
								JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	16,178		267ZE2012 SSA				NO CUMPLE. EL LICITANTE NO INDICA LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPUESTA TÉCNICA AL NO ASENTAR LOS DATOS DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO	NO APLICA

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the table]

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
LA-050GYR047-E6-2021

													APARTADO EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS.				
CLAVE		PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GENERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	4.2 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA: NUMERAL 5 DEL ANEXO TÉCNICO		4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA		
CFO	GEN	UNH	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS							CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE)	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE)	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	
179	BAS	0347	000	01	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A DE CV	3,979,050	159,162	2671R2012 SSA	JBI071108R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE CV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
						EMERCO. S. DE RL. DE CV	3,979,050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE CV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
															CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
						JMT BIOMEDICAL S.A DE CV	16,178		2672E2012 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE IN			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
LA-050GYRO47-E6-2021

APARTADO EVALUADO POR:
LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL
LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR

											APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR											
CLAVE											PRESENTACIÓN		CANTIDAD						4.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA; NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO		REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA	
GPO	GEN	BBB	ESP	DM7	DIJ	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GÉNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OBJETO DE LA LICITACIÓN	REGISTRO SANITARIO DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA	REGISTRO SANITARIO DE LA LANCETA PARA EFECTUAR PUNCIÓN Y OBTENER SANGRE CAPILAR
579							TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A DE C.V	3.979.050	159162	2671R2012 SSA	3B107108R12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICION DE COLESTEROL	ITALIA	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE MODIFICACION DE REGISTRO SANITARIO NO. 2671R2012 SSA. NO SOLICITUD 123300402A2407, FECHA DE VENCIMIENTO, 27 SEPTIEMBRE 2017. COMPROBANTE DE TRAMITE DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO DE SOLICITUD DE PRORROGA A REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON FECHA 21 DE ABRIL 2017, ANTE COFEPRIS, Y SE REALIZO EL TRAMITE 160 DIAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO.		
							LANCETAS METALIZADAS ESTERILES Y DESECHABLES PARA EFECTUAR PUNCIÓN Y OBTENER SANGRE CAPILAR				EMERGO S DE RL DE C.V	3.979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.		NO CUMPLE REGISTRO SANITARIO No. 2412C2014 SSA No SOLICITUD 143300401M0655, FECHA DE VENCIMIENTO 2 DE DICIEMBRE DE 2019. NO PRESENTAN SOLICITUD DE PRORROGA ANTE COFEPRIS, NI COMPROBANTE DE TRAMITE DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO	
							DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO, PORTA LANCETA, SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTON DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.														NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO. ADJUNTAN OFICIO ANTE COFEPRIS No 133300CO210219, DE 23 MAYO 2015 QUE ESPECIFICA QUE EL PRODUCTO NO REQUIERE POR EL MOMENTO REGISTRO SANITARIO.	
							MEDIDOR DE GLUCOSA				JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V	16178		2572E2012 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE IN					

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
LA-050GYR047-E6-2021

													APARTADO EVALUADO POR: LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR							
CLAVE		PRESENTACIÓN			CANTIDAD		NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GÉNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	REGISTROS SANITARIOS PARA BIENES SIN COSTO, 4.2 INCISO A), C) Y E) DE LA CONVOCATORIA	4.2 INCISO E) DE LA CONVOCATORIA	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA MÉDICA					
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI							CANT	TIPO		TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN	REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL	FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (4.24.4 INCISO E)
379	BBS	037	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A DE C.V	3.979.050	159.162	2671R2012 SSA	JBI0710BRIZ	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A DE C.V	NO LO PRESENTAN	NO CUMPLE	
					LANCETAS METALIZADAS ESTERILES Y DESECHABLES PARA EFECTUAR PUNCIÓN Y OBTENER SANGRE CAPILAR				EMERGO, S. DE R.L DE C.V	3.979.050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		COMERCIALIZADORA MILENIO S.A DE C.V	NO LO PRESENTAN	NO CUMPLE	
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO CUERPO, PORTA LANCETA SUJETADOR DE LA LANCETA, BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES.													NO LO PRESENTAN	NO CUMPLE	
					MEDIDOR DE GLUCOSA				JMT BIOMEDICAL S.A DE C.V	16.178		2672E2012 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS	MULTICARE IN			CUMPLE MODIFICACION DE REGISTRO SANITARIO No. 2672E2012 SSA. No. DE SOLICITUD 12330D402A240B. FECHA DE VENCIMIENTO 27 SEP 2017. ADJUNTAN FORMATO DE COMPROBANTE DE TRÁMITE ANTE COFEPRIS DE 27 DE 04 DE 2017. Y RECIBO DE PAGO BANCARIO DE FECHA 26 DE ABRIL 2017. FORMATO DE AUTORIZACIONES, CERTIFICADOS Y VISITAS POR COFEPRIS	NO LO PRESENTAN	NO CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
LA-050GYR047-E6-2021

CPO	GEN	ESP	DIE	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD			NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN GÉNERICA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	DENOMINACIÓN DISTINTIVA CONFORME A REGISTRO SANITARIO O MARCA DEL FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	OBSERVACIONES	EVALUACIÓN TÉCNICA
						UNI	CANT	TIPO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD OFERTADA EN TIRAS	CANTIDAD EN PRESENTACIÓN								
379	BBS	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR. COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN DE 180 SEGUNDOS	ENV	25	TIRA	JMT BIOMEDICAL S.A DE C.V	3,979,050	159,162	2671R2012 SSA	JBI07TIOBR12	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR COLESTEROL	MULTICARE-IN TIRAS REACTIVAS PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL	ITALIA	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E Y F DE LA CONVOCATORIA. NO SE PRESENTA EVIDENCIA DE FOLLETOS, MANUALES Y OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES REQUERIDAS. ASÍ MISMO, EL LICITANTE NO INTEGRA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE CONFORME AL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO	
					LANCETAS METALIZADAS ESTERILES Y DESECHABLES PARA EFECTUAR PUNCIÓNES Y OBTENER SANGRE CAPILAR				EMERCO, S. DE R.L. DE C.V.	3,979,050		2412C2014 SSA		LANCETAS PARA PUNCIÓN CAPILAR	DROPLET PERSONAL LANCETS		COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISOS C Y E DE LA CONVOCATORIA. NO SE PRESENTA EVIDENCIA DE FOLLETOS, MANUALES Y OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES REQUERIDAS, ASÍ COMO SOLICITUD DE PRORROGA ANTE COFEPRIS NI COMPROBANTE DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA. INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 INCISOS A, C, E Y F DE LA CONVOCATORIA. POR LO INDICADO EN LA COLUMNA DE "OBSERVACIONES" DE LA PRESENTE EVALUACIÓN TÉCNICA, ACTUALIZÁNDOSE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 6 INCISOS g), h) y o) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
					DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR POR MEDIO DE LANCETA DE MATERIAL PLÁSTICO. CUERPO PORTA LANCETA. SUJETADOR DE LA LANCETA. BOTÓN DE DISPARO DE LA MISMA. GRADUABLE QUE PERMITE EFECTUAR LA PUNCIÓN A PROFUNDIDADES DIFERENTES													NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISOS A, C, E Y F DE LA CONVOCATORIA. NO SE PRESENTA EVIDENCIA DE FOLLETOS, MANUALES Y OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES REQUERIDAS. NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO DEL DISPARADOR AUTOMÁTICO. EN SU FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE SE ENCUENTRE OFERTANDO EL DISPARADOR AUTOMÁTICO Y LOS DATOS ACENTADOS EN EL FORMATO CARTA DE RESPALDO NO SON LOS REQUERIDOS CONFORME AL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y AL FORMATO CARTA DE RESPALDO	
					MEDIDOR DE GLUCOSA				JMT BIOMEDICAL S.A DE C.V	16,178		2672E2012 SSA		MEDIDOR DE GLUCOSA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	MULTICARE-IN			NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2 INCISO E DE LA CONVOCATORIA. NO SE PRESENTA EVIDENCIA DE FOLLETOS, MANUALES Y OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES REQUERIDAS.	

Dr. Manuel Cervantes Ocampo
Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.

Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez
Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar

Lic. Ana Laura Montes de Oca Choroño
Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos