



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición
de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y
Logística



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E206-2021

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO, VACIO Y TRANSPORTE NEUMATICO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO.

En la Ciudad de México, siendo las **14:00 horas del 12 de noviembre de 2021**, en la en la **Sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística**, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta con el objeto de llevar a cabo el **Cierre a la Junta de Aclaraciones** a la convocatoria del procedimiento de Licitación Pública, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley o LAASSP), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y el numeral 3.1 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Mtra. Elia Sandra Varas Galeana, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el numeral 5.3.8 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante el IMSS o el Instituto), y el numeral 7.1.3.2.2.3, del Manual de Organización de la Dirección de Administración.

Quien preside el acto, fue asistida por el Titular de la División de Conservación, en su carácter de Área Técnica y Requirente, a quien corresponde solventar las solicitudes de aclaración de carácter técnico y por el representante del Área Contratante a quien corresponde solventar las solicitudes de aclaración de carácter administrativo.

Asimismo, se hace constar que no se encuentran presentes los representantes del Órgano Interno de Control, ni de la Coordinación de Legislación y Consulta.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 del Reglamento, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presentes como observadores en este acto.

I. DESARROLLO DEL ACTO

Se procedió al registro de los servidores públicos.

Quien preside el acto, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que se publicó en CompraNet el 11 de noviembre de 2021, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de hasta las 10:00 horas del 12 de noviembre de 2021, para que, en su caso, formularan las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas por la convocante.

Asimismo, se indica que vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en el sistema CompraNet si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E206-2021

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO, VACIO Y TRANSPORTE NEUMATICO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO.

solicitudes de aclaración, señalando que **se recibieron preguntas (repreguntas)**, por lo que, a **solicitud del área técnica y requirente**, de acuerdo con el artículo 46, fracción II del Reglamento de la LAASSP, se informó a los licitantes mediante Aviso que se publicó en CompraNet siendo las 10:30 horas del día 12 de noviembre de 2021, que las respuestas a sus preguntas (repreguntas), serían dadas a conocer a las 14:00 horas del mismo día 12 de noviembre de 2021.

Acto seguido, quien preside indicó que tal cómo se constata en la pantalla del Sistema CompraNet que se acompaña a la presente acta como **Anexo 1**, se recibieron preguntas (repreguntas) del siguiente licitante:

No.	Remitentes	Escrito de Interés	Solicitudes de aclaración
1	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES, S.A. DE C.V.	Si	2
	Total		2

Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), el Área Técnica y Requirente,, emite las siguientes respuestas:

(1) Núm	(2) Numeral de la convocatoria	(3) Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS	REPREGUNTA	RESPUESTA
6	Pag 52 ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO A.04.04 (c) (4) Pruebas de Operación, Funcionamiento, Seguridad y de Control de la CAGM.	Para determinar la calidad del aire de la CAGM, esta debe ser realizada en un laboratorio controlado y acreditado en el análisis de cromatografía ante la EMA, este proceso conlleva la toma de muestra, envío a laboratorio y la espera para emitirse el resultado de análisis cromatográfico	No es correcta su apreciación, sin embargo, el método que establece el licitante puede tener o no esa capacidad de respuesta. Es importante aclarar que existen otros Métodos.	¿Podría indicarnos cómo se realiza un análisis obtenido por medio de un método reactivo o método cualitativo con un kit de análisis respirable comprimido que no sea el Análisis Cromatográfico?, ya que la prueba es para aire respirable para uso humano. ¿con qué exactitud van a medir el contenido de vapor de agua, contenido de nebrina de aceite, contenido de oxígeno, el	Refiérase al numeral A.04.04 Pruebas de Operación, Funcionamiento, Seguridad y de Control de la CAGM, del Anexo 01 - Anexo Técnico de la Convocatoria; misma que indica en su inciso c) "Para las Centrales de Aire Comprimido Grado Médico [CAGM]", podrán utilizarse kits de muestreo y análisis de aire comprimido respirable para determinación de algunos de los parámetros establecidos en Numeral A.04.04 (c)(4); en el entendido que están disponibles en el mercado, maletín y reactivos para determinación del Monóxido de carbono, Dióxido de Carbono, Hidrocarburos; Vapor de Agua, Oxígeno, etc. La fabricación de los reactivos está certificada.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E206-2021

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO, VACIO Y TRANSPORTE NEUMATICO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO.

		de 2 a 3 semanas. Por lo que acorde al tiempo de contratación y vigencia que indica la convocante, este proceso no aplicaría porque no entraría a tiempo para la entrega de la documentación comprobatoria para la terminación de los trabajos contratados, ¿es correcta nuestra apreciación?		contenido de bióxido de carbono (No debe exceder de 500.0 partes por millón [ppm]), contenido de monóxido de carbono (No debe exceder de 10.0 partes por millón [ppm].), contenido de hidrocarburos gaseosos (No debe exceder de 25.0 partes por millón [ppm].), hidrocarburos halogenados y temperatura del punto de rocío (La temperatura de condensación del contenido de vapor de agua no será mayor de tres (+3.0 °C) grados centígrados o treinta y cinco (+ 35.6 °F) grados Fahrenheit.), si es por medio de un kit de análisis de aire respirable comprimido?	El método es una determinación práctica y rápida, para que el Prestador de servicio obtenga la evidencia y esté en condiciones de llevar a cabo en campo las acciones correctivas, hasta cumplir las características de calidad del servicio contratado. Los parámetros de punto de rocío del aire son ajustables en el circuito de refrigeración del secador y puede ser monitoreado "en línea" a través del sensor dedicado de la CAGM. Las partículas permanentes dependen directamente de la calidad de cada elemento filtrante que el licitante o prestador de servicio instale en el equipo y puede determinarse con kit portátil de prueba dedicado, así como el análisis microbial o Bacteriológico -que por el momento no es requerido.
15	Página 108 K. FORMA DE PAGO c) ANEXO 06 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN	Solicitamos que sea firmada el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción de los Servicios Contratados, conteniendo nombre, cargo, matrícula y firma del Director de la	No se acepta, el licitante deberá ajustarse a lo establecido en los numerales referidos y considerar el numeral II. DEDUCCIONES AL PAGO: [DEDUCTIVAS] Concepto u Obligación No. 01 y 02, de los	Para el régimen IMSS Bienestar, en caso de que no estén alguno de los integrantes mencionados en el numeral K. FORMA DE PAGO, punto (70) inciso c) ¿para acreditar el cumplimiento del mantenimiento bastará con la firma de uno de los	Para IMSS BIENESTAR, deberá contener las tres firmas (Director de Hospital Rural, Residente de Conservación y Administrador del Hospital Rural), en caso de faltar algún integrante bastara con la firma del Director de Hospital Rural o servidores públicos Homólogos responsables de la Unidad o quien ostente el cargo, sello de la Unidad.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E206-2021

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO, VACIO Y TRANSPORTE NEUMATICO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO.

DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	Unidad o Jefe de los Servicios Administrativos o del Jefe o Residente de Conservación de Unidad o del Administrador en su calidad de Auxiliar de Administrador del Contrato o servidores públicos Homólogos responsables de la Unidad o quien ostente el cargo, sello de la Unidad y sello de la clave presupuestal. ¿se acepta?	Términos y Condiciones - Anexo 02 de la Convocatoria. Refiérase a la Anexo 06 "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción de los Servicios Contratados", de los Términos y Condiciones de la Convocatoria.	siguientes integrantes: residente de conservación o del administrador o del director? ¿se acepta?	
------------------------------	--	--	---	--

II. CIERRE DEL ACTA

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la LAASSP y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de esta acta en el tablero de avisos dispuesto en el piso 5 de la División de Contratación de Activos y Logística, del inmueble ubicado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Se comunica que la fecha para la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día **19 de noviembre de 2021, en punto de las 12:00 horas** en la Sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística 5º piso de la calle Durango, número 291, colonia Roma Norte, Ciudad de México.

Por último, se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación al mismo, a lo que respondieron no tener alguna.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones**
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición
de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y
Logística



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E206-2021

**OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO,
VACIO Y TRANSPORTE NEUMATICO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL
INSTITUTO.**

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **14:30 horas** del día de su inicio, firmando el presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta quienes reciben copia de la misma.

Esta Acta consta de 5 (cinco) fojas útiles, y un anexo de una página.

FIN DE TEXTO

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística (Área Contratante)	_____ Mtra. Elia Sandra Vargas Galeana
Representante de la División de Conservación (Área Técnica y Requirente)	_____ Arq. Armando Pérez López
Representante de IMSS - BIENESTAR (Área Técnica)	_____ Arq. Mauricio Tamayo Pacheco
Jefe de Área de la División de Conservación (Área Técnica)	_____ Lic. Juan Leobardo Ortiz Ángel



Volver a la Lista

Publicación DOF Duplicar Procedimiento Modificar fecha de apertura

Procedimiento : 1076095 - LA-050GYR019-E206-2021 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO

Ir Vigente

Expediente: 2352665- LA-050GYR019-E206-2021 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 17/11/2021 12:00:00 p. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES	11/11/2021 11:48 p. m.	archivo editable	12/11/2021 09:53 a. m.	12/11/2021 09:53 a. m.	
2 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES	11/11/2021 11:44 p. m.	REPREGUNTAS A JUNTA DE ACLARACIONES	12/11/2021 09:53 a. m.	12/11/2021 09:53 a. m.	
3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES	08/11/2021 09:12 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	08/11/2021 11:31 a. m.	08/11/2021 11:31 a. m.	
4 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES	06/11/2021 06:19 p. m.	SOLICITUD JUNTA DE ACLARACIONES	08/11/2021 11:31 a. m.	08/11/2021 11:31 a. m.	

Total 4

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and marks]