



Gobierno de México



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GCR019-E183-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

En la Ciudad de México, siendo las **12:00 horas, del 23 de septiembre de 2022**, en la Sala 5, del Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta con el objeto de llevar a cabo el **Cierre a la Junta de Aclaraciones** a la convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. **LA-050GCR019-E183-2022**, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley o LAASSP), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Mtra. Elia Sandra Varas Galeana, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística dependiente Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el numeral 5.3.8 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante el IMSS o el Instituto), y el numeral 7.1.3.1.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración.

Quien preside el acto hace del conocimiento que el presente evento está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el cual se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; con relación al Transitorio Segundo fracción II del "Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016, así como el "Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017.



2022 FIORES
Bienes de Inversión y Activos
Magobli
[Firma]



Gobierno de México



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-EI83-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

Quien preside el acto, es asistida por el Titular de la División de Conservación, con carácter de Área Técnica, a quien corresponde solventar las solicitudes de aclaración de carácter técnico y las solicitudes de aclaración de carácter administrativo, serán atendidas por la representante del Área Contratante, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta. -----

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes los representantes del Órgano Interno de Control, en el IMSS, y de la Coordinación de Legislación y Consulta, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.-----

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 del Reglamento, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presentes como observadores en este acto.-----

I. DESARROLLO DEL ACTO. -----

Quien preside el acto, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que se publicó en ComprasNet el 21 de septiembre de 2022, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo hasta las 10 horas del 22 de septiembre de 2022, para que en su caso, formularan las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas por la convocante. Dicho plazo transcurrió de las 12:58 horas del 21 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas del 22 de septiembre de 2022.-----

Asimismo, indicó que vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en el sistema ComprasNet si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, señalando que se recibieron preguntas (repreguntas) por lo que a solicitud del área técnica y requiriente con fundamento en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informó a los licitantes mediante aviso que se publicó en ComprasNet, que siendo las 10:59 horas del 22 de septiembre de 2022 que las respuestas a sus preguntas (repreguntas) serían dadas a conocer a las 12:00 horas del 23 de septiembre de 2022.-----

ROSA FLORES
Magora

[Handwritten signatures and initials]



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad de Adquisiciones
 Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Servicios
 División de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-E183-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

Quien preside el acto dio inicio al mismo señalando que tal como consta en la impresión de pantalla del Sistema Compranet que se adjunta a la presente como **Anexo I**, si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto de las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, a través del Sistema Compranet, señalando que se si recibieron de los siguientes licitantes:

No.	Participante	Escrito Interés	Solicitudes de Aclaración (Repreguntas)
1	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES S.A. DE C.V.	SI	4
TOTAL			4

A continuación, se da contestación a las repreguntas de la siguiente manera.....

II. CONTESTACION A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION.



[Handwritten signatures and marks]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad de Adquisiciones
 Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-EI183-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

Licitante: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES, S.A. DE C.V.

(1) Núm.	(2) Numeral de la convocatoria.	(3) Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS	RE-PREGUNTA:	RESPUESTA
1	<p>ANEXO TÉCNICO A.05.01 Ejecución de las actividades de MC Para la PARTIDA 1 [p1], y para la PARTIDA 2 [p2], el Prestador de servicios deberá:</p> <p>2. Acudir al sitio a desempeñar las actividades correctivas, reparación o mantenimiento correctivo [MC] al sistema o equipo que se trate a solicitud y necesidad específica de las Unidades IMSS Destino.</p>	<p>Considerando que dentro del presente procedimiento de contratación se establece el entregar un PROGRAMA DE TRABAJO A.04.01-001 para la realización de los mantenimientos preventivos, pero que en muchos de los casos son correctivos, se solicita que a la Autoridad permita que la realización de los mantenimientos correctivos se realice en estricto apego al programa de trabajo PROGRAMAS DE TRABAJO, con la finalidad de tener orden en la atención de las necesidades del Instituto priorizando y privilegiando la puesta en marcha de los equipos en la brevedad posible.</p>	<p>No es correcta su apreciación</p> <p>Las actividades de mantenimiento preventivo deberían llevar a cabo conforme al programa de trabajo de mantenimiento preventivo, como se establece en el Anexo Técnico, sin embargo por lo que hace a los mantenimientos correctivos se deberá apegar a los establecido en el numeral VIII-CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO, A-SUBNUMERAL A-CONTRATACIÓN: EL</p>	<p>Se solicita a la convocante el que las unidades permitan horario abierto las 24 horas y días no hábiles ¿se acepta?</p>	<p>Se acepta su propuesta</p> <p>sin embargo, se resalta que los horarios, la coordinación y la Recepción de los Servicios de mantenimiento preventivo correctivo deberán ser avalados por el Jefe o Residente de Conservación de Unidad; en caso de ausencia, podrá autorizar la recepción de los servicios al Administrador o al Director de la Unidad, es necesario se valide y se acuerde dicho horario con el Jefe de Conservación de Unidad.</p>



(Handwritten signatures and marks)



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Servicios
División de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-EI183-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

	<p>Lo anterior en conciencia del poco plazo que se tiene en el presente ejercicio (8/10/2022 al 31/12/2022 más la posible reducción de tiempo si la Dirección de Finanzas da cierre de ejercicio en las primeras semanas de diciembre) para la atención del universo de los equipos propiedad del Instituto y que en su generalidad mi representada ostenta la representación exclusiva para la realización de este tipo de mantenimientos y que en todo momento hemos venido acompañando al IMSS, prestando servicios emergentes; por lo cual presentaremos un programa que permita a los recursos humanos, refacciones, logística, atender ordenada, eficaz y eficientemente los servicios en el limitado tiempo a todos los hospitales de caso contrario, si las unidades.</p>	<p>tipo de Contrato a celebrarse será de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), siendo su vigencia del contrato y del servicio contratado a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo y hasta 31 de diciembre de 2022, así como apegarse a los plazos establecidos.</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



Handwritten marks: a large 'X' and the number '4'.



Gobierno de México



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación Técnica de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-EI83-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

Table with 4 columns: Item number (6), Description (A.03.05 Requerimiento de las Refacciones para su uso en el desempeño del Servicio y el Tratamiento de las mismas), Question (rompen ese orden sin haber recibido la atención inicial, solicitando correctivos causaría es que el programa inicial en el mejor caso se interrumpiera en demerito de la restauración total del equipo o del programa del resto de los hospitales...), Answer (Se aclara), and Remarks (Los faltantes de componentes a equipos se refiere a que ciertos...)



Handwritten marks: a blue 'X' and a blue 'D' with an arrow pointing to the bottom of the page.

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-ET83-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

<p>Para la PARTIDA 1 [p1], y para la PARTIDA 2 [p2], el Prestador de servicios deberá:</p> <p>(e) Refacciones libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.</p> <p>A.05 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO [MC].- Condiciones Generales.</p> <p>A.05. Ejecución de las actividades de MC 01</p> <p>Para la PARTIDA 1 [p1], y para la PARTIDA 2 [p2], el Prestador de servicios deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar los eventos de mantenimiento correctivo que sean necesarios a cada Equipo o sistema durante la vigencia del contrato, sin argumentar cobros adicionales por mano de obra especializada. Suministrar e instalar las refacciones y materiales necesarios para la correcta operación y funcionamiento de los sistemas y equipos, de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral A.03.05 Requerimiento de las Refacciones para su uso en el desempeño del Servicio y el Tratamiento de las mismas del presente Anexo Técnico. 	<p>preventivo y correctivo a CAGM y CVCM.</p> <p>Se solicita amablemente al Instituto aclarar, en el supuesto de Cuando un equipo tenga ausencia de un componente como es el caso de una secadora, un cabezal, un motor, etc , en cuyo caso ya no es aplicable una sustitución por refacción toda vez que estrictamente sería un suministro y el costo de las mismas piezas son de valor económico considerablemente elevado ¿qué tratamiento se le dará al equipo en cuestión? y ¿cuál será el procedimiento a llevar a cabo? ¿Cómo se llevará a cabo el de la reposición de los elementos faltantes, el pago?</p>	<p>Considerando la naturaleza de la contratación para efectos de faltantes o elementos ausentes se pone a consideración lo dispuesto en el numeral F.- Visita a las instalaciones a efecto de considerar las refacciones y de ser el caso elementos faltantes, por lo que no se tiene considerado gastos adicionales con la presente cotización.</p> <p>Así mismo no se cuenta con información que se tenga faltantes de componentes principales de equipos.</p>	<p>equipos fueron intervenidos indebidamente por empresas no calificadas por el fabricante, violando flagrantemente la exclusividad que ostenta la marca y que no cuentan con personal capacitado ni con refacciones originales, los cuales sin medir consecuencias sustituyeron el componente original por otro de inferior calidad y características técnicas no compatibles al 100%, lo que provoca un deterioro natural y defectuoso funcionamiento del equipo.</p> <p>Esta situación por poner tres ejemplos, se</p>	<p>Dada la naturaleza y objeto de la contratación que es para mantenimiento a los equipos y no sustitución de componentes, derivado diagnóstico de la visita a las instalaciones, de ser el caso y salvo casos plenamente justificados en los cuales no sea posible técnicamente su reparación y operación, se deberá acreditar mediante dictamen técnico, estableciendo los alcances de la determinación, de lo antes expuesto el equipo causaría baja de la contratación con</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Handwritten marks: a blue 'X' and a blue 'A'.



GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Servicios
División de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-EI183-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

			<p>misimo, emitiendo para el supuesto que nos ocupa la opinión técnica altamente calificada en la especialidad se hace necesario para recobrar la eficiencia y eficacia de los equipos el restituir los elementos originales conforme al diseño de fabricación. Para estos casos, en los que la ausencia de los elementos originales, e independientemente de la vista a las instalaciones y dado a que el objeto y alcance del contrato es solo para dar mantenimiento y no sustitución de</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presente es un documento de carácter informativo. Para mayor información, favor de comunicarse con el área de Licitación de Bienes y Contratación de Servicios.
Tel: 55 5728 1700 ext. 11005
www.imss.gob.mx



Handwritten marks: a blue checkmark and a blue 'A'.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Servicios
División de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-ET83-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

			<p>elementos de características y calidad inferiores, así como de reposición faltantes, solicitamos respetuosamente revelar la conveniencia de la renovación en capacidad y calidad de los equipos y dotarlos de las piezas originales y establecer algún mecanismo de reposición y pago de este tipo de elementos, a <i>contrario sensu</i> conservando refacciones no originales, a la larga el instituto recortaría la vida útil de sus equipos, por lo</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto Flores
MAGISTRADO

Handwritten marks: a blue cross and a blue 'A'.



GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Servicios
División de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA
NUMERO DE IDENTIFICACION EN COMPRANET: LA-050CYR019-E183-2022
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

	Refacciones para su uso en el desempeño del Servicio y el Tratamiento de las mismas del presente Anexo Técnico.		estableciendo los alcances de la determinación, de lo antes expuesto el equipo causaría baja de la contratación con el argumento antes expuesto. Finalmente no se identifica que se tengan equipos Centrales con componentes faltantes. El licitante deberá considerar las actividades de Mantenimiento Correctivo para restablecer las condiciones del equipo central ya sea de vacío y Aire Grado Médico.		el argumento antes expuesto.
8	RUTINA No. 04041000-01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Análisis de Calidad de Aire Grado Médico, En presencia del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o en su caso, del Jefe de Oficina de Conservación o en su caso del Jefe de Conservación de Unidad; Determinar: con base al numeral 14.7 de las Normas de Proyectos e Instalaciones del IMSS versión 1999. Registrar valores y adherir la corrida o fotografía	Para el caso de Análisis de Calidad de Aire Grado Médico y tomando como referencia los criterios de pruebas y desempeño del código NFP/A 99 donde indica:	No es correcta su apreciación Para cumplimiento al numeral identificado como (03) Normas de Referencia	El tipo de análisis realmente se debe realizar mediante un laboratorio de pruebas con un sistema de cromatografía de	Se Aclara Salvo las reservas que la misma ley de la materia establece sobre la determinación de un procedimiento





GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones
Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-E183-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

legible del resultado obtenido mediante método reactivo, o método cualitativo con Kit de Análisis de Aire Respirable Comprimido, registrar en Bitácora. El Análisis deberá ser realizado cada vez que se ponga en operación la CAGM - establecido en los numerales 1.1.1.11; o 1.1.1.12; o 1.1.1.13, siguientes:

Table with 2 columns: Item (e.g., 1.1.1.11, 1.1.1.12) and Description (e.g., 'Cada que se cambian los filtros de seguridad...')

Main table with 4 columns: Item, Specification, Gas/Kit, and Contracting. Contains detailed technical requirements for air analysis and equipment maintenance.





GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Servicios
División de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-E183-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

	<p>solo cuando se lleve a cabo actividades de corte y soldadura de tubería? ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>establecido a la rutina 04041000-01 cada vez que debido a las actividades de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo se implique un cambio en la calidad del aire destinado al derechohabiente, incluyendo las actividades de corte y soldadura en la tubería adjunta o en la propia central de aire grado médico.</p>	<p>México es el tubo reactivo o kit de laboratorio para determinación variable?, lo anterior para estar en condiciones de cumplir cabalmente lo solicitado por el Instituto.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Handwritten signature in blue ink

Handwritten mark in blue ink



GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación Técnica de Bienes y Contratación de Servicios
División de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-E183-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

9	<p>RUTINA No. 04041000-01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Análisis de Calidad de Aire Grado Médico. En presencia del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o en su caso, del Jefe de Oficina de Conservación o en su caso del Jefe de Conservación de Unidad. Determinar: con base al numeral 14.7 de las Normas de Proyectos e Instalaciones del IMSS versión 1999. Registrar valores y adherir la corrida o fotografía legible del resultado obtenido mediante método reactivo, o método cualitativo con Kit de Análisis de Aire Respirable Comprimido, registrar en Bitácora. El Análisis deberá ser realizado cada vez que se ponga en operación la CAGM - establecido en los numerales 1.1.11.1; o 1.1.11.2; o 1.1.11.3. siguientes:</p> <p>1.1.11.1) Contenido de Vapor de Agua (ppm);</p> <p>1.1.11.2) Contenido de Neblina de Aceite (ppm);</p> <p>1.1.11.3) Contenido de Oxígeno;</p> <p>1.1.11.4) Contenido de Benceno (ppm);</p> <p>1.1.11.5) Contenido de Monóxido de Carbono (ppm);</p> <p>1.1.11.6) Temperatura del Punto de Rocío (°C);</p> <p>1.1.11.7) Fugas de Aire Comprimido;</p> <p>1.1.11.8) Superficies de Intercambio de Calor</p>	<p>- Se lista en las pruebas a realizar para el contenido de Oxígeno, que para los equipos no aplica, siendo que el mantenimiento es a Centrales de Aire Medicinal, y el aire medicinal es generado por equipos compresores que toman el oxígeno de la atmósfera y no requiere ser cuantificado ya que no es reconstruido por medic de Oxígeno UPS y en el caso de la prueba de Contenido de Neblina de aceite tampoco no aplica, siendo que los equipos son libres de aceite. Ante lo anterior ¿es correcto omitir dichos análisis? ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>No es correcta su apreciación deberán presentar los análisis referidos, lo anterior con la finalidad de poder determinar el contenido de los elementos citados por lo que hace a los parámetros de calidad de aire requeridos en la rutina de mantenimiento preventivo.</p>	<p>Siendo que la convocante está solicitando pruebas aplicable para el equipo por no ser equipos lubricados con aceite, y el aire no es reconstruido con Oxígeno UPS y por Nitrógeno NF, entonces ¿es correcto considerar el costo de las pruebas de Oxígeno y Neblina de Aceite en la propuesta económica a presentar, aun cuando estas no sean necesarias y cause un gasto innecesario al instituto?</p>	<p>Es correcta su apreciación El licitante deberá de considerar dentro de su propuesta el costo de los análisis solicitados dentro del costo del mantenimiento a proporcionar.</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050CYR019-EI83-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES A EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL INSTITUTO

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística (Área Contratante)	Mtra. Elia Sandra Vargas Galeana
Titular de la División de Conservación (Área Técnica)	Arq. Armando Perez Lopez
Representante del Órgano Interno de Control en el IMSS	C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales
Representante de la Coordinación de Legislación y Consulta	Lic. Marco Antonio Serrano Velázquez





[← Volver a la Lista](#)

[Publicación DOF](#)

[Duplicar Procedimiento](#)

[Modificar fecha de apertura](#)

Procedimiento : 1111752 - LA-050GYR019-E183-2022 EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS

Vigente

Expediente: 2500279- LA-050GYR019-E183-2022 EQUIPOS DE AIRE GRADO MEDICO Y VACIO EN UNIDADES MEDICAS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/09/2022 11:00:00

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

[Crear Mensaje](#) | [Mensajes Recibidos](#) | [Mensajes Enviados](#) | [Borrador de Mensajes](#) | [Mensajes Adjuntados](#)

Mensajes Recibidos

Compartir

Introduzca Filtro (escriba para iniciar)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES	21/09/2022 22:21	REPREGUNTAS A LAS RESPUESTAS DE JA	22/09/2022 09:06	22/09/2022 09:06	
2. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES	21/09/2022 13:07	EDITABLE A LA JUNTA DE ACLARACIONES		21/09/2022 14:19	
3. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES	19/09/2022 10:32	JUNTA DE ACLARACIONES	22/09/2022 09:15	19/09/2022 11:00	

Total 3

Página 1 de 1

[Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page]