



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 513.621.2429.01.01 FECHA IMP.: 19/04/2017  
 CLAVE PREI: 000000000011594 HORA IMP.: 19:57:53  
**NOMBRE GENÉRICO**

**MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
 LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
 PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 2

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

- 1 **Definición :**
  - 1.1 Equipo semifijo para realizar la exploración física de paciente en posición de decúbito.
- 2 **Descripción:**
  - 2.1 Mesa para exploración
  - 2.2 Que soporte un peso de 180 Kg o mayor
  - 2.3 Estructura (largueros y travesaños) construida con perfil de lámina de acero al carbono calibre 16, de al menos 38.1 X 38.1 X 3.1 mm (1½" X 1½" X 1/8")
    - 2.3.1 Con entrepaño fabricado en lámina de acero al carbón calibre 22.
    - 2.3.2 Escalón frontal con superficie antiderrapante, deslizable, integrado, con huella útil no menor a 27 cm, con bordes redondeados para mayor seguridad.
    - 2.3.3 Acabado en pintura micropulverizada epóxica, electrostática homeada de 75 micras como mínimo, código de color pantone: 2U, cool-gray.
    - 2.3.4 Con las siguientes dimensiones:
      - 2.3.4.1 Altura de 80 cm., como mínimo (medible desde el suelo a la superficie del colchón).
      - 2.3.4.2 Longitud total de 180 cm., como mínimo (medible desde la cabecera del colchón hasta el extremo de los miembros inferiores).
      - 2.3.4.3 Ancho de 68 cm., como mínimo.
  - 2.4 Con tres secciones:
    - 2.4.1 Dorso, con movimiento neumático para elevación continua, ajustable de 0° a 80° o mayor.
    - 2.4.2 Pélvica.
    - 2.4.3 Miembros inferiores deslizables o abatibles.
      - 2.4.3.1 Sin desnivel en relación con la sección pélvica.
      - 2.4.3.2 En caso de ofertar sistema deslizable, sistema de rieles autolubricados.
  - 2.5 Colchón fijo de una sola pieza con un espesor de 8 cm (± 5%) que cubra las secciones de dorso y pelvis.
    - 2.5.1 Inflamable o retardante al fuego.
    - 2.5.2 Fabricado de espuma de poliuretano de doble densidad.
    - 2.5.3 Con cubierta de vinil de 0.85 mm de espesor como mínimo, repelente a líquidos, antibacterial, acabado liso, color verde.
  - 2.6 Sistema de sujeción para rollo de papel Kraft de 60 cm de ancho, mediano de 50 m de largo; integrado en la parte dorsal, de acero de 3/8", acabado en cromo o de acero inoxidable.
  - 2.7 Charola recolectora de líquidos en acero inoxidable tipo AISI-304, calibre 24 acabado pulido.
  - 2.8 Taloneras retractiles integradas, de aluminio o acero inoxidable.
    - 2.8.1 Que permitan una apertura de al menos 80 cm entre taloneras.
    - 2.8.2 Con capacidad de carga al menos 40 kg en cada talonera.
  - 2.9 Dispositivo para acoplamiento y fijación de piernas
  - 2.10 Piernas tipo Goepel desmontables, fabricadas en aluminio o acero inoxidable, acojinadas con fijadores.
    - 2.10.1 Con bayoneta de acero de 1/2", acabado en cromo
    - 2.11 Niveladores o regatones en las cuatro patas con

Empty box for technical description of the bidder.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
 AUTORIZADO POR EL LICITANTE



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 513.621.2429.01.01    FECHA IMP.: 19/04/2017  
CLAVE PREI: 000000000011594    HORA IMP.: 19:57:53  
NOMBRE GENÉRICO

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 2 de 2

**MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

recubrimiento plástico o hule.

- 3 **Consumibles**
- 3.1 Papel Kraft 3 rollos, de 60 cm de ancho, mediano de 50 m de largo.
- 4 **Mantenimiento**
- 4.1 No requiere mantenimiento preventivo.
- 4.2 Mantenimiento correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
- 5 **Normas – Estándares vigentes:**
- 5.1 *Para bienes nacionales e internacionales:*  
Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.

  
Ing. Jorge Arturo Rubio Gazman  
Titular de la División de Equipamiento Médico

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

Empty box for technical description of the bidder.