



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.616.5108.01.01 FECHA IMP.: 24/03/2017
CLAVE PREI: 000000000020663 HORA IMP.: 11:46:20

**NOMBRE GENÉRICO
MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA
(PARA GINECOLOGÍA)**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 Definición :
 - 1.1 Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano.
- 2 Descripción:
 - 2.1 Mesa electrohidráulica rodable.
 - 2.2 Controlada por microprocesador.
 - 2.3 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor.
 - 2.4 Con sistema de frenos.
 - 2.5 Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm \pm 10 cm.
 - 2.6 Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto.
 - 2.7 Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
 - 2.8 Estructura de la superficie en acero inoxidable o acero al cromo níquel o acero al carbón pintado y
 - 2.8.1 Rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
 - 2.8.2 Rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
 - 2.9 Superficie radiotransparente en todas sus secciones.
 - 2.10 Mesa dividida en al menos cinco secciones:
 - 2.10.1 Cabecera.
 - 2.10.2 Dorso.
 - 2.10.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa debe tener la capacidad para dar la posición).
 - 2.10.4 Pelvis y
 - 2.10.5 Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a -90 grados como mínimo y con movimiento de tijera.
 - 2.11 Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de \pm 20 grados o mayor.
 - 2.12 Movimientos electrohidráulicos con control remoto o de mano alámbrico para:
 - 2.12.1 Ascenso y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. \pm 10 cm., con respecto al piso.
 - 2.12.2 Inclínación del respaldo, para dar posición de Fowler o semifowler, de -35° / +70° o mayor.
 - 2.12.3 Que permita dar posición de Kraske o navaja sevillana.
 - 2.12.4 Trendelenburg de 0 a -25° o mayor.
 - 2.12.5 Trendelenburg inverso de 0 a 25° o mayor.
 - 2.12.6 Inclínación lateral izquierda y derecha de 15° o mayor.
 - 2.13 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle.
 - 2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal.
 - 2.15 Batería de respaldo con indicador de carga.
 - 2.16 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin costuras visibles y,
 - 2.16.1 Permeables a los Rayos X.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Área reservada para la descripción técnica del licitante.

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.616.5108.01.01 FECHA IMP.: 24/03/2017
CLAVE PREI: 000000000020663 HORA IMP.: 11:46:20

NOMBRE GENÉRICO
MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA
(PARA GINECOLOGÍA)

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3 Accesorios:

- 3.1 De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
- 3.1.1 Arco de anestesia con fijadores. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.2 Poste para infusiones con fijador. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.3 Soporte acojinado para brazo con fijador. (2 piezas). Al menos uno de ellos para brindar apoyo en las posiciones: decúbito lateral o Sims. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.4 Soportes para hombros acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.6 Cinturón para paciente con fijadores. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.7 Pierneras articuladas tipo Goepel acojinadas, con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.8 Soportes para piernas de doble listón o con soportes para talón para la posición de litotomía. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.9 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).

4 Consumibles:

- 4.1 No aplica.

5 Instalación.

- 5.1 Corriente eléctrica 120 V \pm 10% / 60 Hz.

6 Mantenimiento.

- 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

7 Normas – Estándares vigentes:

- 7.1 **Para bienes nacionales e internacionales:**
Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO 13485 o Certificado de Calidad TÜV.
- 7.2 **Para bienes internacionales:**
Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.


Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico