



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.616.5108.01.01 FECHA IMP.: 24/03/2017
CLAVE PREI: 000000000020664 HORA IMP.: 11:46:44

NOMBRE GENÉRICO
MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA
(PARA PROCTOLOGÍA)

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Definición:

- 1.1 Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano.

2 Descripción:

- 2.1 Mesa electrohidráulica rodable.
2.2 Controlada por microprocesador.
2.3 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor.
2.4 Con sistema de frenos.
2.5 Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm \pm 10 cm.
2.6 Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto.
2.7 Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
2.8 Estructura de la superficie en acero inoxidable o acero al cromo níquel o acero al carbón pintado y,
2.8.1 Rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
2.9 Superficie radiotransparente en todas sus secciones,
2.10 Mesa dividida en al menos cinco secciones:
2.10.1 Cabecera.
2.10.2 Dorso.
2.10.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa debe tener la capacidad para dar la posición).
2.10.4 Pelvis y,
2.10.5 Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a -90 grados como mínimo y con movimiento de tijera.
2.11 Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de \pm 20 grados o mayor.
2.12 Movimientos electrohidráulicos con control remoto o de mano alámbrico para:
2.12.1 Ascenso y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. \pm 10 cm., con respecto al piso.
2.12.2 Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o semifowler, de -35° / +70° o mayor.
2.12.3 Que permita dar posición de Kraske o navaja sevillana.
2.12.4 Trendelenburg de 0 a -25 grados o mayor.
2.12.5 Trendelenburg inverso de 0 a 25 grados o mayor.
2.12.6 Inclinación lateral izquierda y derecha de 15° o mayor.
2.13 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle.
2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal.
2.15 Batería de respaldo con indicador de carga.
2.16 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin costuras visibles y,
2.16.1 Permeables a los Rayos X.

3 Accesorios:

- 3.1 De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel.

Área reservada para la descripción técnica del licitante.

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.616.5108.01.01 FECHA IMP.: 24/03/2017
CLAVE PREI: 000000000020664 HORA IMP.: 11:46:44

NOMBRE GENÉRICO
MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA
(PARA PROCTOLOGÍA)

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 3.1.1 Arco de anestesia con fijadores. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.2 Poste para infusiones con fijador. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.3 Soporte acojinado para brazo con fijador. (2 piezas). Al menos uno de ellos para brindar apoyo en las posiciones: decúbito lateral o Sims. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.4 Soportes para hombros acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.6 Cinturón para paciente con fijadores. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.7 Pierneras articuladas tipo Goepel acojinadas, con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.8 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.9 Rodillo para posición proctológica, o soporte ilíaco. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.10 Apoya rodillas para posición proctológica con fijadores, (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).

4 Consumibles:

- 4.1 No aplica.

5 Instalación.

- 5.1 Corriente eléctrica 120 V \pm 10% / 60 Hz.

6 Mantenimiento.

- 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

7 Normas – Estándares vigentes:

Para bienes nacionales e internacionales:

- 7.1 Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO 13485 o Certificado de Calidad TÜV.

Para bienes internacionales:

- 7.2 Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE