

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017".

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 11 de agosto de 2017, se reunieron en la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicada en la calle de Durango No. 291, piso once, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales No. LA-019GYR040-E8-2017 correspondiente a la Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del "Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017".

Este acto es presidido por el Lic. Alfredo Arias Hernández, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos de conformidad con las facultades conferidas por el numeral 8.1.1.3.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como al numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hubieran presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en la presente licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a la fecha de inicio de este acto.

El Presidente del acto, es asistido por el Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán, Titular de la División de Equipamiento Médico, representante de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, en su calidad de Área Técnica, el cual atenderá las preguntas de carácter técnico y el Lic. Alfredo Arias Hernández, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico como representante del Área Contratante, atenderá las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente dio inicio al presente acto, señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y los escritos de interés en participar a través de CompraNet, de los siguientes licitantes, los cuales formularon el número de preguntas que se precisan enseguida:

No.	Licitante	Cantidad de preguntas
1	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	7
2	BERCLAN, S.A. DE C.V.	38
3	BIOABAST, S.A. DE C.V.	102
4	BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9
5	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A DE C.V.	2
6	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14
7	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	165
8	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.	1

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017".

No.	Licitante	Cantidad de preguntas
9	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL XL1, S. DE R.L. DE C.V.	2
10	COMERLAT, S.A. DE C.V.	78
11	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	8
12	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	16
13	CORINDAL, S.A. DE C.V.	6
14	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	9
15	DEWIMED, S.A.	38
16	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	10
17	DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	7
18	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	55
19	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	35
20	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	21
21	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	23
22	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	1
23	EQUIMER, S.A. DE C.V.	5
24	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	52
25	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	166
26	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	23
27	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	106
28	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	91
29	GRUPO REINET, S. A. DE C. V.	11
30	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	31
31	HIGIA MEDIAL LAB, S. DE R.L. DE C.V.	8
32	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	17
33	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	108
34	INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V.	1
35	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	79
36	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	21
37	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	4
38	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	60
39	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	59
40	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	64
41	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	143
42	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	9
43	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	16
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	41
45	MÁQUINAS DE DIBUJO, S.A. DE C.V.	2
46	MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.	6
47	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	20
48	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	15
49	OURUX, S.A. DE C.V.	7
50	PHILIPS MÉXICO COMMERCIAL, S.A. DE C.V.	4

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017".

No.	Licitante	Cantidad de preguntas
51	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	57
52	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	13
53	PROVEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	10
54	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	5
55	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	44
56	RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7
57	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO, S.A. DE C.V.	2
58	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	24
59	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	41
60	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	9
61	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V.	3
62	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	27
63	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	23
64	SOLUCIONES MÉDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	10
65	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	8
66	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	31
67	TECNOLOGÍA EN QUIRÓFANOS, S.A. DE C.V.	7
68	VAL BREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	11
69	VIASIS, S.A. DE C.V.	158

TOTAL 2306

Así mismo se hace constar que se recibió en tiempo el escrito de interés en participar de los siguientes licitantes, sin presentar preguntas:

No.	Licitante
1.	GRUPO DIEMSA, S.A. DE C.V.
2.	ESPECIALISTAS EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.

Se hace constar que se recibió el escrito de interés en participar y preguntas del siguiente licitante, mismos que fueron recibidos fuera del tiempo señalado, por lo que se consideran extemporáneas en términos de lo señalado artículo 33 Bis de la Ley, por lo que no se le dará respuesta.

No.	Licitante
1.	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Se hace constar que las siguientes empresas, presentaron preguntas en tiempo pero no presentaron escrito de interés, o bien, el escrito presentado no cumple con la manifestación expresa conforme a lo señalado en el párrafo tercero del artículo 33 Bis de la Ley, que señala textualmente "... deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero...", por lo que no se les dará respuesta.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017".

No.	Licitante
1.	ASESORÍA Y APLICACIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.
2.	EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.
3.	INNOVACIONES HOSPITALARIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4.	MAQUET MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
5.	SERVICIOS BIOMÉDICOS BAZAFI, S.A. DE C.V.
6.	UCIN MÉDICA, S.A. DE C.V.
7.	HR CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Se hace constar que se recibieron preguntas de la empresa SIEMENS, S.A. DE C.V. quien presenta escrito de interés que corresponde a otra empresa, por lo que en términos de lo señalado por el artículo 33 Bis de la Ley, no se le dará respuesta.

Se informa a los licitantes, que la presente junta de aclaraciones se suspende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley, en virtud del volumen de preguntas recibidas, por lo que las respuestas se darán a conocer a las 12:00 horas, del día 18 de agosto de 2017.

Siendo las 12:00 horas, del día 18 de agosto de 2017, la convocante hace constar que se recibió el escrito de interés en participar de los siguientes licitantes:

No.	Licitante
1.	DACEGA CORPORATION, S.A. DE C.V.
2.	MAQUET MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Así mismo se hace constar que se recibieron preguntas del siguiente licitante, mismas que fueron recibidas fuera del tiempo señalado, por lo que se consideran extemporáneas en términos de lo señalado artículo 33 Bis de la Ley, por lo que no se les dará respuesta.

No.	Licitante
1.	GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V.

La convocante notifica que la junta de aclaraciones se suspende nuevamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley, toda vez que el área técnica informa que se están atendiendo las preguntas recibidas a través del sistema CompraNet, por lo que las respuestas se darán a conocer a las 10:00 horas, del día 23 de agosto de 2017.

Siendo las 10:00 horas, del día 23 de agosto de 2017, la convocante hace constar que se recibió el escrito de interés en participar del siguiente licitante:

No.	Licitante
1.	UCIN MÉDICA, S.A. DE C.V.

Se informa que de conformidad con los artículos 33 y 33 Bis de la Ley, los artículos 45 y 46 fracción II de su Reglamento, se envían las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, así como las precisiones a la convocatoria, mediante el sistema CompraNet para que los licitantes interesados

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017".

procedan a conocer las mismas y que tienen hasta las 18:00 horas del día 23 de agosto del 2017, para que puedan formular repreguntas en relación con las respuestas emitidas a través del mismo medio. Se hace de su conocimiento que deberán enviar sus repreguntas conforme al formato en versión Word que se envía a través de la plataforma CompraNet.

Una vez que concluyó el tiempo previsto por la convocante para recibir repreguntas relacionadas con las respuestas otorgadas, así como de las precisiones a la convocatoria, se informa que se recibieron los escritos de interés en participar de los siguientes licitantes:

No.	Licitante
1.	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
2.	SANABRIA CORPORATIVO MÉDICO, S.A. DE C.V.
3.	INNOVACIONES HOSPITALARIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Asimismo, se informa que se recibieron por medio del sistema CompraNet, las repreguntas de los siguientes licitantes:

No.	Licitante	No. de Preguntas
1.	BIOABAST, S.A. DE C.V.	5
2.	BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4
3.	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	39
4.	COMERLAT, S.A. DE C.V.	23
5.	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	2
6.	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	9
7.	DEWIMED, S.A.	9
8.	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	1
9.	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4
10.	DRAGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	7
11.	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	2
12.	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	2
13.	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	23
14.	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	22
15.	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	41
16.	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	3
17.	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	1
18.	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	2
19.	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	6
20.	ISM INNOVA SALUD MÉXICO S. A. P. I. DE C.V.	10
21.	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7
22.	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	32
23.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	8
24.	MAQUET MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	14
25.	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	1

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017".

No.	Licitante	No. de Preguntas
26.	OURUX, S.A. DE C.V.	24
27.	PHILIPS MÉXICO COMMERCIAL, S.A. DE C.V.	22
28.	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	11
29.	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	3
30.	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	10
31.	SANABRIA CORPORATIVO MÉDICO, S.A. DE C.V.	2
32.	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	11
33.	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	13
34.	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	7
35.	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	17
36.	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	3
37.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	3
38.	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	1
39.	TECNOLOGÍA EN QUIROFANOS, S.A. DE C.V.	1
40.	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	10
41.	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	6
TOTAL		421

Se hace constar que se recibieron repreguntas del siguiente licitante, mismas que fueron recibidas fuera del tiempo señalado, por lo que se consideran extemporáneas en términos de lo señalado artículo 33 Bis de la Ley, por lo que no se le dará respuesta:

No.	Licitante
1.	EQUIPAMIENTO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

La convocante informa que la junta de aclaraciones se suspende nuevamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley, toda vez que el área técnica informa que se están atendiendo las repreguntas recibidas, por lo que las respuestas a las repreguntas planteadas, se darán a conocer a las 13:00 horas del día 29 de agosto de 2017.

Siendo las 13:00 horas del día 29 de agosto de 2017, la convocante hace constar que se recibió el escrito de interés en participar de los siguientes licitantes:

No.	Licitante
1.	SERVICIOS BIOMÉDICOS BAZAFI, S.A. DE C.V.
2.	MAFE MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.

Se informa a los licitantes, que la presente junta de aclaraciones se suspende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley, por lo que las respuestas se darán a conocer a las 17:30 horas del día 29 de agosto de 2017.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017".

Siendo las 17:30 horas del día 29 de agosto de 2017, la convocante hace constar que se recibió el escrito de interés en participar del siguiente licitante:

No.	Licitante
1.	BIOGARMED, S.A. DE C.V.

De conformidad con los artículos 33 y 33 Bis de la Ley, así como los artículos 45 y 46 fracción II de su Reglamento, la convocante da contestación a las repreguntas recibidas en tiempo y forma, adjuntándolas al total de preguntas, las cuales fueron agrupadas por tema y/o punto de la convocatoria.

Se confirma a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el 06 de septiembre a las 10:00 horas, tal y como está previsto en la convocatoria a la licitación, en términos de lo establecido en el artículo 35 de la Ley.

Cabe aclarar que los licitantes deberán enviar sus proposiciones técnica y económica firmadas electrónicamente (a través de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales), conforme a las acciones claramente descritas en la "Guía del licitante", disponible en el portal de CompraNet.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, esta acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> al concluir este acto. Asimismo, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta la cual consta de 815 hojas, en el Mural de Comunicación ubicado en el 11° piso del inmueble sito en la calle de Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar del acta, por un término no menor de cinco días hábiles.





Se adjunta a la presente acta, las precisiones a la convocatoria, mismas que servirán y actualizarán las condiciones del presente procedimiento en términos del artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley, así como el total de preguntas y respuestas, formando parte integrante de la misma; dando por terminada la presente junta de aclaraciones, por lo que de conformidad con el propio artículo 33 de la citada Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria de la licitación.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el cierre de la misma a las 18:30 horas del día 29 de agosto de 2017, firmando al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017".





POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
LIC. ALFREDO ARIAS HERNÁNDEZ	DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO (ÁREA CONTRATANTE)		
ING. JORGE ARTURO RUBIO GUZMÁN	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA (ÁREA REQUIRENTE-TÉCNICA)		

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
LIC. EDUARDO OVIEDO LÓPEZ		

POR EL TESTIGO SOCIAL "INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORÍA TÉCNICA, A.C."

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
ARQ. ROSA CECILIA SOTELO SANTOS		
ING. Y LIC. JAVIER GERMÁN GARCÍA CORREA		

-----CIERRE DEL ACTA-----

Respuestas a preguntas planteadas a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales No. LA-019GYR040-E8-2017 (Electrónica) para la "Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017".


I. Preguntas y respuestas relacionadas con la convocatoria y con su Anexo No. 1

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
1	4694	PHILIPS MÉXICO COMMERCIAL, S.A. DE C.V.	1.	1.- CONVOCATORIA	Se solicita amablemente a la convocante, respecto al carácter de la presente licitación, confirmar si podrán participar ofertas de bienes de origen nacional o extranjero, cuyo propietario de la marca se encuentre en alguno de los países con los cuales los Estados Unidos Mexicanos tengan vigente un Tratado de Libre Comercio, ¿se acepta nuestra propuesta?	<p>En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no se acepta su planteamiento.</p> <p>En este procedimiento, únicamente podrán participar ofertas de bienes mexicanos o extranjeros originarios de países con los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados. Las disposiciones vigentes en la materia atienden al ORIGEN DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN, por lo que deberá cumplir con lo dispuesto por las reglas 5.2.1. o 5.2.2., de las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", la cual dispone que los licitantes deben manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, que:</p> <p>"5.2.1. Los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, conforme al formato del Anexo 1; o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio," utilizando al formato del Anexo 6 de la Convocatoria.</p> <p>"5.2.2. Los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda," conforme al formato del Anexo 7 de la Convocatoria.</p>	DEMM
2	4696	PHILIPS MÉXICO COMMERCIAL, S.A. DE C.V.	3	1.- CONVOCATORIA	Se solicita amablemente a la convocante, respecto al carácter de la presente licitación, confirmar si podrán participar ofertas de bienes de origen nacional o extranjero, cuyo propietario de la marca se encuentre en alguno de los países con los cuales los Estados Unidos Mexicanos tengan vigente un Tratado de Libre Comercio, ¿se acepta nuestra propuesta?	<p>En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no se acepta su planteamiento.</p> <p>En este procedimiento, únicamente podrán participar ofertas de bienes mexicanos o extranjeros originarios de</p>	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
3	3742	OURUX, S.A. DE C.V.	2.	4.- 1.2 Carácter Licitación	Medio de la	proponer?	
						países con los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados. Las disposiciones vigentes en la materia atienden al ORIGEN DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN , por lo que deberá cumplir con lo dispuesto por las reglas 5.2.1. o 5.2.2. , de las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", la cual dispone que los licitantes deben manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, que: <p>"5.2.1. Los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, conforme al formato del Anexo 1; o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio," utilizando al formato del Anexo 6 de la Convocatoria.</p> <p>"5.2.2. Los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda," conforme al formato del Anexo 7 de la Convocatoria.</p> <p>La solicitud de aclaración no se atiende en virtud de que no está directamente vinculada con algún punto de la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: "...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante..."</p> <p>ART. 26 LAASSP [...] PREVIO AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PREVISTOS EN ESTE ARTICULO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA CUAL SE DESPRENDAN LAS CONDICIONES QUE IMPERAN EN EL MISMO, RESPECTO DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, A EFECTO DE BUSCAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
4	3743	OURUX, S.A. DE C.V.	3.	4.- 1.2 carácter Licitación	<p>PREGUNTA. ¿ES CORRECTO ENTENDER ENTONCES QUE LAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE MERCADO VERIFICARÁN LA EXISTENCIA DE LOS BIENES NACIONALES EN CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDA, ASÍ COMO LA EXISTENCIA DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO A FIN DE ELEGIR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN?</p> <p>Y PREGUNTA. DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE NO EXISTE OFERTA NACIONAL CAPAZ DE CUBRIR LAS NECESIDADES DESCRITAS, MOTIVO POR EL CUAL LA LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-E8-2017 NO ES DE CARÁCTER NACIONAL.</p>	<p>La solicitud de aclaración no se atiende en virtud de que no está directamente vinculada con algún punto contenido en la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: "...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante..."</p>	DEMM
5	3744	OURUX, S.A. DE C.V.	4.	4.- 1.2 carácter Licitación	<p>Y PLANTEAMIENTO. ART. 28 LAASP [...] EN LOS CASOS EN QUE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL HAYA SIDO DECLARADA DESIERTA Y SIEMPRE QUE LA CONTRATANTE NO SE ENCUENTRE SUJETA AL ÁMBITO DE COBERTURA DE LOS TRATADOS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN OPTAR, INDISTINTAMENTE, POR REALIZAR UNA LICITACIÓN ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS O UNA INTERNACIONAL ABIERTA.</p> <p>PREGUNTA. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CITE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO NACIONAL QUE LLEVÓ A CABO ANTES DE LA CONVOCATORIA EN CUESTIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LAASP.</p>	<p>La solicitud de aclaración no se atiende en virtud de que no está directamente vinculada con algún punto contenido en la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: "...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante..."</p>	DEMM
6	4686	LUIS MARTINEZ AGUIRRE	11.	4.- 1.2 carácter Licitación	<p>Solicitamos a la Convocante valide los campos de Anexos adicionales No es posible atender su solicitud, sin embargo se aclara en el Portal de CompraNet, para el envío de nuestra propuesta, toda vez que la información solicitada por la Convocante es muy pesada.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>No es posible atender su solicitud, sin embargo se aclara en el Portal de CompraNet, para el envío de nuestra propuesta, toda vez que la configuración en la plataforma del sistema CompraNet, refiere un parámetro para cada punto o numeral de información de las proposiciones.</p>	DEMM
7	4567	COMERLAT, S.A. DE C.V.	4	1.5 Idioma en que se deberán presentar los anexos legales, proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante, los por lo que la especificación y/o característica planteada	<p>Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, id DEM: 4567, Respuesta: No es correcta su apreciación, Lo requerido por la convocante se encuentra en su debidamente descrito en las bases de la convocatoria, así como aquellos que presente en su debidamente descrito en las bases de la convocatoria, los por lo que la especificación y/o característica planteada</p>	<p>No es correcta su apreciación, id DEM: 4567, Respuesta: No es correcta su apreciación, Lo requerido por la convocante se encuentra en su debidamente descrito en las bases de la convocatoria, así como aquellos que presente en su debidamente descrito en las bases de la convocatoria, los por lo que la especificación y/o característica planteada</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
8	4722	RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	1.5 Idioma en que se deberán presentar las proposiciones, así como en su caso los folletos que se acompañen administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos de los catálogos, manuales o folletos para facilitar la revisión de las especificaciones y en caso de resultar adjudicados se entregará los catálogos, manuales o folletos completos. SE ACEPTA?	y cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante... PREGUNTA: Debemos entender que su caso los folletos se entregará Carta de Apoyo del Fabricante o Filial en México o Titular del Registro Sanitario que respalde solidariamente al licitante en la entrega oportuna de los Equipos ofertados. Lo anterior, para garantizar a la convocante que se cuenta con el equipo y se entregará en tiempo y forma en caso de resultar adjudicado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
9	4748	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	9.	8.- 1.6 Disponibilidad presupuestaria	Condiciones de pago. Dice "El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales" Pregunta: Considerando que la entrega de los bienes se realizará en diferentes unidades hospitalarias. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita facturar por cada sitio entregado y por ende que el Instituto emita el pago en la misma forma.	Es correcto el planteamiento, el Proveedor podrá facturar pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales. Considerando que la entrega de los bienes se realizará en diferentes unidades hospitalarias. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita facturar por cada sitio entregado y por ende que el Instituto emita el pago en la misma forma.	DEMM
10	4625	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	1	2.1 Objeto de contratación	Tratándose de bienes que para su operación requieren de software, éste deberá ser en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución. ¿Debemos entender que el punto refiere al software o a programas necesarios para la operación rutinaria del equipo? En caso de lo contrario favor de aclarar.	Respuesta: Es correcta su apreciación. El software y programas necesarios para la operación rutinaria del equipo deberán ser en idioma español, sin ser obligatorio para los demás licitantes referencias de programas necesarios para la operación rutinaria del equipo, debiendo ofertar, documentalmente y en su caso demostrar, que las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución deberán ser en idioma español.	DEM
11	4850	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	1	2.1 Objeto de contratación	ANEXO No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión. A. Documentación recibida. (PRIMER PUNTO) De no adjudicados realicen las entregas de los bienes a partir contarse con el contrato formalizado por causas no atribuibles al día siguiente a la fecha de comunicación del fallo, con proveedor adjudicado: ¿Se realizará la recepción de los equipos sin la entrega de la copia simple del modelo de contrato objeciones por este aspecto, por parte de las Unidades Médicas de publicado en la presente Convocatoria o en su caso, la	Respuesta: Para efectos de entrega de los bienes se acepta que los licitantes que resulten adjudicados realicen las entregas de los bienes a partir contarse con el contrato formalizado por causas no atribuibles al día siguiente a la fecha de comunicación del fallo, con proveedor adjudicado: ¿Se realizará la recepción de los equipos sin la entrega de la copia simple del modelo de contrato objeciones por este aspecto, por parte de las Unidades Médicas de publicado en la presente Convocatoria o en su caso, la	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
12	4851	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	2	2.1 Objeto de contratación	destino de los equipos, para continuar trámite de pago? Con las precisiones necesarias en el acta respectiva.	<p>copia simple del contrato para la gestión de la Fianza correspondiente que la División de Contratos les entregue, debiendo acompañar además copia simple del acta de fallo respectiva en donde señale al licitante adjudicado en la partida correspondiente a los bienes que entrega, en sustitución del original del contrato respectivo, solo durante el periodo de 15 días naturales en que el Instituto deberá formalizar los contratos respectivos, debiendo continuar con el trámite de pago correspondiente ante las instancias y cumpliendo los requisitos señalados en la presente Convocatoria.</p> <p>Id DEM: 4851, Respuesta: No es correcta su apreciación, de conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1.7 Acta de Inversión. D. Capacitación y entrega de información de operación y Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, servicio. De no ser posible otorgar la capacitación correspondiente al momento de la entrega del equipo, por causas no atribuibles al proveedor adjudicado: ¿Se realizará la recepción de los equipos sin objeciones de presentarse esta situación, por parte de las Unidades Médicas de destino de los equipos, para continuar trámite de pago? Con las precisiones necesarias en el acta respectiva, entre ellas de compromiso de realización de la capacitación en cuanto la Unidad Médica del Instituto se encuentre en posibilidades de recibir esa capacitación.</p>	DEM
13	3728	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Para aquellos equipos médicos ofertados de origen internacional ... 3) Copia simple del Certificado FDA o CE ... en el que se deberá identificar Vigencia o fecha de vencimiento En algunos países estos documentos no tienen fecha de vencimiento, tal es el caso de Italia e Irlanda, país de origen de algunos de los productos que ofertaremos, entendemos que el no tener fecha de vigencia no será causal de descalificación y podemos presentar dicho documento en el entendido que esta vigente y soportado por el Registro Sanitario e ISO 13485, ¿es correcta nuestra apreciación?	<p>Id DEM: 3728, Respuesta: No es correcta su apreciación. En los casos en que los Certificados de Calidad no contengan la fecha de vencimiento o vigencia de los mismos deberán presentar junto con su propuesta técnica, carta compromiso, en formato libre, que el certificado (describir a cual hace referencia) se encuentra vigente. Adicionalmente se informa que la Convocatoria podrá en cualquier momento, durante la vigencia de los contratos, solicitar la presentación para cotejo de cualquiera de los documentos presentados como parte de su propuesta técnica, para en su caso, realizar las acciones necesarias antes las instancias competentes.</p>	DEM
14	3731	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales,	Página 9. Dice: ... los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar Para el presente procedimiento se acepta presentar mediante el Registro Sanitario ... Entendemos que para este punto se Registro Sanitario en donde se incluya e identifique el podrá presentar el Registro Sanitario en donde se incluya e identifique número de catálogo correspondiente al consumible	<p>Id DEM: 3731, Respuesta: Es correcta su apreciación. Para el presente procedimiento se acepta presentar mediante el Registro Sanitario en donde se incluya e identifique el número de catálogo correspondiente al consumible</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
15	3732	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13	Referencia Especificaciones	o el número de catálogo correspondiente al consumible ofertado, aunque el Registro Sanitario no pertenezca al equipo principal objeto de la descripción de la partida. ¿Es correcta nuestra apreciación?	"Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", debidamente referenciado incluyendo marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s), y acredite lo indicado en el numeral "2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones", de la presente Convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.	DEM
16	3483	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Página 9. Dice: "... los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario... Solicitamos atentamente a la convocante que nos permita ofertar accesorios y consumibles con Cédulas de Descripción del Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados en el punto 2.4. considerando que la marca Fisher & Paykel es actualmente conocida y utilizada en el instituto.	Id DEM: 3732, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que los bienes convocados para su adquisición, así como los accesorios y consumibles descritos en las Cédulas de Descripción del Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda.	DEM
17	3485	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	SIN NUMERO DEBE ENTENDERSE QUE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS SOLICITADOS PARA LAS PARTIDAS 8, 14 Y 15 DEBERAN ESTAR EMITIDOS EXPLICITAMENTE PARA EL EQUIPO QUE SE ESTA OFERTANDO, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3483, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se comprobará la congruencia (Coherencia, Relación lógica) entre si de las especificaciones y requisitos solicitados, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo No. 1.2), incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos en el numeral "2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones", así como lo referente a Normas -- Estándares vigentes establecidos en la Cedula de Descripción de cada uno de los Equipos Médicos.	DEM
18	3676	BIOMÉDICA DE	1	2.4 Normas Oficiales	PARA EL CASO DE EQUIPOS QUE REQUIERAN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (CPU, PANTALLA LCD, IMPRESORA, NO BREAK, MOUSE, TECLADO, ETC) DE MARCAS COMERCIALES EN EL MERCADO. YA QUE LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES CORRESPONDIENTE A NORMAS OFICIALES Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia o RECONOCIDOS EN EL MERCADO (HP, SAMSUNG, TOSIBA), Mexicanas, Internacionales, Referencia o NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS OFICIALES INTERNACIONALES O DE REFERENCIA, PERO DICHA INFORMACIONN NO ES DE ACCESO PARA EL PUBLICO EN GENERAL ES CORRECTA NUESTRA APECIACION?	Id DEM: 3495, Respuesta: Es correcta su apreciación. En caso de ofertar equipo de cómputo definido como equipo accesorio, el licitante podrá no entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos, para los "demás relacionados" con el bien, el licitante deberá presentar la documentación al respecto.	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO

15

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
						<p>Instalación, Mantenimiento, Normas y Estándares. El licitante deberá describir con precisión su oferta, puntualizando las características propias de su artículo en la columna "B", sobre todo cuando la descripción del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango. En caso de ofertar equipo(s) accesorio(s), el licitante deberá enunciar la marca(s) y modelo(s) y/o número de catálogo(s). En el caso del Mantenimiento, el licitante deberá puntualizar el período de Garantía de los Bienes ofertados. Para los casos en que se oferte, el licitante deberá indicar el número de certificado con el que acreditará lo solicitado en Normas y estándares, o su correspondencia a lo solicitado en lo concerniente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones de la convocatoria. El licitante preferentemente utilizará la secuencia numérica propuesta por el Instituto para la referencia con que se identifique dentro de los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante del bien propuesto, especificando el número(s) de la(s) página(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta, para cada uno de los numerales y subnumerales. Para el caso en el que el(los) bien(es) ofertado(s) requiera de algún accesorio o consumible adicional a los nombrados en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo", considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones y sea requerido para llevar a cabo su(s) función(es) u operación, éste deberá ser incluido en la descripción de su propuesta (Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"), debidamente referenciado incluyendo marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s), así como dar cumplimiento, en su caso, con lo indicado en el numeral "2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones", de la presente Convocatoria. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios</p>	

[Handwritten signatures and initials]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
23	4564	COMERLAT, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones	Para el caso de que los Equipos y/o accesorios y/o algunos de sus componentes y/o consumibles ofertados NO requieran registro sanitario. PREGUNTA: Solicitamos a la convocante se permita presentar EL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO CONVOCATORIA, se acepta para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por sus componentes y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, ¿Se acepta?	y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte.	DEM
24	4565	COMERLAT, S.A. DE C.V.	2	2.4 Normas Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones	Para el caso de que los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por sus componentes y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente al producto sometido al trámite de prórroga.	Id DEM: 4565, Respuesta: No es correcta su apreciación. Respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente al producto sometido al trámite de prórroga.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
25	4566	COMERLAT, S.A. DE C.V.	3	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Referencia Internacional, Referencia Especificaciones	correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Referencia Internacional, Referencia Especificaciones para los equipos y/o accesorios considerados como insumos para la salud y que por lo tanto requieren registro sanitario? Es correcta nuestra apreciación?	y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos. En caso de ofertar equipo de cómputo definido como equipo accesorio, el licitante podrá no entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos, para los "demás relacionados" con el bien, el licitante deberá presentar la documentación al respecto.	DEM
26	4585	CORINDAL, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Referencia Internacional, Referencia Especificaciones	Numeral 2.4 dice Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones. En el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" Dice que para la partida 17 No. "Requiere Registro Sanitario Sustento de no necesidad COFEPRIS o 1223 Lámpara quirúrgica Entendemos que será suficiente presentar la página del Diario Oficial de la Federación donde indica el acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos que por su naturaleza, este contexto el licitante no deberá presentar características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario. ¿Es correcto?	Id DEM: 4566, Respuesta: En caso que los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, en los que el licitante requiera entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos y Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos y estos se encuentren dentro del Certificado o Registro Sanitario del equipo principal, se acepta referenciar en un solo documento tanto el equipo principal como los accesorios, debiendo puntualizar en la descripción de su propuesta (Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados") el número de certificado con el que acreditará lo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.	DEM
27	4587	DEWIMED, S.A.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Referencia Internacional, Referencia Especificaciones	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL POR FAMILIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 4587, Respuesta: No se acepta su solicitud de presentar contratos o pedidos por familia o por producto similar, para acreditar el requisito el numeral 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones, establecido en la presente convocatoria.	DEM
28	4590	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS	3	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Referencia Internacional, Referencia Especificaciones	Numeral 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones. Para los bienes que no requieren del los bienes ofertados se encuentran en el Anexo No. 1.3	Id DEM: 4590, Respuesta: No se acepta. En caso de que	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
29	4602	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Registro Sanitario, solicitamos amablemente a la Convocante nos permita ingresar el Listado emitido por la COFEPRIS de los Insumos para la Salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideren como insumos para la salud y por ende no requieren de registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014, y/o escrito bajo protesta de decir verdad del fabricante o distribuidor mayorista en donde especifique que el bien ofertado por su naturaleza están exentos de Registro Sanitario. ¿Se acepta nuestra petición?	"Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario" y el licitante advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto. Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte.	DEM
				2.4 Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Se entiende que para dar cumplimiento cabalmente con este punto, en caso de no requerir registros sanitarios, será suficiente con presentar copia simple de los escritos emitidos por la COFEPRIS donde manifieste tal hecho.		

9

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
30	4626	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	2	2.4 Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Se indica que para bienes incluidos en el anexo 1.3 para los que el licitante advierte que no requiere registro Sanitario, debe incorporar documento emitido por la SSA con firma autógrafa y cargo del servidor que la emite. Toda vez que la autoridad Sanitaria ha publicado el 22 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO de Registro de insumos para la salud oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario". publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte.	"Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto. Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierte que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte.	DEM

Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
31	4627	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	3	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia Especificaciones	Se indica la documentación a presentar para el caso de bienes cuyo Registro Sanitario no se encuentre en periodo de vigencia de 5 años. ¿Debemos entender que estos requisitos no eximen al cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 190-bis 6 del "Reglamento de Insumos para la Salud" resultando en casual de desechamiento el incumplimiento a los plazos indicados en este artículo?	Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte.	DEM
32	4628	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	4	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia Especificaciones	Se indica para bienes de procedencia extranjera la presentación de certificado FDA o CE. Por analogía con lo indicado por la convocatoria para bienes de origen Nacional, se entiende que este documento corresponde al equivalente al "Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación", que corresponde al "Certificado de Libre Venta" emitido por la autoridad sanitaria del país de origen o por la C.E. o por la FDA, no siendo estas las únicas autoridades que lo emiten. En caso de que este supuesto resulte correcto, solicitamos se permita incluir el certificado de libre venta emitido por la FDA, CE o por la autoridad sanitaria del país de origen. En caso contrario favor de aclarar y en su caso fundamentar la legislación internacional aplicable a fin de que los licitantes puedan tramitar el respectivo documento.	Id DEM: 4628, Respuesta: No es correcta su apreciación respecto a que el "Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación" sea equivalente a los Certificado de Calidad FDA o CE. Asimismo no se acepta presentar No se acepta presentar certificado de libre venta emitido por la FDA, CE o por la autoridad sanitaria del país de origen, por no ser requerido dicho documento por la Convocante en el presente proceso de licitación.	DEM
33	4629	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	5	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia Especificaciones	Referida también en el numeral 4.1.3 Se indica que "Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que Se aclara que la documentación correspondiente a estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, componentes, el licitante deberá entregar la documentación internacional, Referencia o Especificaciones solicitadas o correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, para los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos." que estén integrados por varios equipos y/o accesorios Sin embargo, sucede que en México no existe autoridad que emita un y/o alguno de sus componentes deberá ser entregada	Id DEM: 4629, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se aclara que la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, componentes, el licitante deberá entregar la documentación internacional, Referencia o Especificaciones solicitadas o correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, para los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos." que estén integrados por varios equipos y/o accesorios Sin embargo, sucede que en México no existe autoridad que emita un y/o alguno de sus componentes deberá ser entregada	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende	
34	4653	HIGIA MEDIAL LAB, S. DE R.L. DE C.V.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Entendemos que para el caso de que el Registro Sanitario no se encuentre vigente, podremos entregar copia simple de los documentos que demuestren que el mismo ya ha sido sometido al trámite ¿Es correcto?	certificado de este tipo, sin que esto signifique que resulte opcional su cumplimiento toda vez que se trata en muchos casos de normas de aplicación obligatoria (NMX). Debemos entender que toda vez que de resultar obligatoria la presentación de un certificado que ampare el cumplimiento de normas, se cae en el supuesto previsto por el artículo 29 de la LAASSP al establecerse un requisito imposible de cumplir. Solicitamos a la convocante permitir para efectos de cumplimiento de este requisito la inclusión de un manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad indicando el cumplimiento de las normas aplicables. ¿Se acepta nuestra propuesta? En caso contrario favor de fundar y motivar el requisito y respuesta.	Id DEM: 4653, Respuesta: No es correcta su apreciación. Con independencia del origen de los bienes (nacional o internacional), en caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. B) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS. C) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.	DEM
35	4654	HIGIA MEDIAL LAB, S. DE R.L. DE C.V.	2	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Ya que el certificado de buenas prácticas expedido de fabricación expedido por la SSA, solo se otorga a aquellos productos de fabricación nacional, por lo que entendemos que el mismo no aplica para bienes de origen internacional ¿Es correcto?		Id DEM: 4654, Respuesta: Es correcta su apreciación.	DEM
36	4692	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Dice: Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen internacional.... 3) Copia Simple del Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen (vigente) a nombre del Fabricante de los Bienes, en el que se puede identificar.... Vigencia o fecha de vencimiento Preguntita: En el caso particular de los bienes procedentes de la Comunidad Europea, son aceptados y reconocidos por la misma comunidad las "Declaraciones informáticas de Conformidad" las cuales son un Documento escrito mediante el cual durante el fabricante o su representante establecido en la Unión Europea presentación para cotejo de cualquiera de los requisitos documentos presentados como parte de su propuesta esenciales de las distintas Directivas de aplicación y en el que están técnica, para en su caso, realizar las acciones necesarias autorizadas a la colocación del marcado "CE" cuando así lo establece la normativa aplicable.	Id DEM: 4692, Respuesta: En los casos en que los Certificados de Calidad no contengan la fecha de vencimiento o vigencia de los mismos deberán presentar junto con su propuesta técnica, carta compromiso, en formato libre, que el certificado (describir a cual hace referencia) se encuentra vigente. Adicionalmente se encuentra vigente. La Convocante podrá en cualquier momento, solicitar la vigencia de los contratos, solicitar la vigencia de cualquiera de los documentos presentados como parte de su propuesta, para en su caso, realizar las acciones necesarias autorizadas a la colocación del marcado "CE" cuando así lo establece la normativa aplicable.	DEM	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
37	4693	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	2	2.4 Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones	Directiva, sin embargo este documento carece como tal de vigencia, por lo que solicitamos a la convocante se permita acompañar a estas declaraciones con una carta del mismo Fabricante bajo protesta de decir verdad en la manifiesta que su Declaración es vigente y cumple con los lineamientos establecidos por la comunidad europea ¿Se acepta?	Id DEM: 4693, Respuesta: No es correcta su apreciación. El listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, aplica para la obtención del registro sanitario. De conformidad con lo solicitado se requiere presentar Certificados de Calidad. Asimismo se precisa que en caso de ofertar equipo de cómputo definido como equipo accesorio, el licitante podrá no entregar la documentación correspondiente a Normas Mexicanas, Normas Mexicanas Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos, para los "demás relacionados" con el bien, el licitante deberá presentar la documentación al respecto.	DEM
38	4698	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones	Copia simple del Registro Sanitario... Se entiende que, para acreditar este inciso, el Registro Sanitario deberá estar vigente al momento de la presentación de las propuestas, ¿Es correcta nuestra interpretación?	Id DEM: 4698, Respuesta: Es correcta su interpretación. La documentación solicitada por la convocante deberá estar vigente al momento del Acto de Presentación de Propuestas.	DEM
39	4699	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	2	2.4 Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones	Copia simple del Certificado FDA o CE... ¿Es correcto entender que el Certificado de Libre Venta del país de origen de los equipos se podrá presentar para acreditar este inciso?	Id DEM: 4699, Respuesta: No es correcta su apreciación.	DEM
40	4700	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	3	2.4 Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones	¿Es correcto entender que solo se deberá presentar los registros sanitarios de los accesorios, consumibles y componentes que se solicitan de forma explícita en cada una de las cédulas técnicas, y no de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno	Id DEM: 4700, Respuesta: No es correcto. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
41	4701	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	4	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia Especificaciones	Certificado del organismo sanitario del país de origen como FDA, CE, JIS, ETC. Solicitan que cuente con fecha de emisión, vigencia y fecha de vencimiento; nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado. Debido a que las certificaciones de diversos países que emiten estos no especifican las fechas de emisión, vigencia y vencimiento, así como tampoco son firmadas, solicitamos atentamente referencia se puedan presentar dichos certificados conforme son emitidos, ¿Se acepta propuesta?	de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte. Para el caso en el que el(los) bien(es) ofertado(s) requiera de algún accesorio o consumible adicional a los nombrados en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo", considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones y sea requerido para llevar a cabo su(s) función(es) u operación, éste deberá ser incluido en la descripción de su propuesta (Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"), debidamente referenciado incluyendo marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s), así como dar cumplimiento, en su caso, con lo indicado en el numeral "2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones", de la presente Convocatoria.	DEM
42	4709	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia Especificaciones	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, inciso 3) En caso de ofertar equipo de cómputo definido como 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, equipo accesorio, el licitante podrá no entregar la Referencia o Especificaciones. Para Bienes internacionales Dice: documentación correspondiente a Normas Oficiales o "Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos, y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la para los "demás relacionados" con el bien, el licitante documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, deberá presentar la documentación al respecto.	Id DEM: 4709, Respuesta: No es correcta su apreciación. En caso de ofertar equipo de cómputo definido como 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, equipo accesorio, el licitante podrá no entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos, y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la para los "demás relacionados" con el bien, el licitante documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, deberá presentar la documentación al respecto.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
43	4755	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos" Entendemos que este punto aplica exclusivamente para accesorios, equipos o componentes que sean considerado equipo o dispositivo médico, lo anterior debido a que se solicitan unidades de energía inintermittente, equipo de cómputo y demás accesorios/componentes que no son considerados equipos o dispositivos médicos y por su naturaleza no entran en contacto con el paciente, por lo que entiendo que para esos equipos no se deberá presentar la documentación solicitada en este punto ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 4755, Respuesta: No se acepta su solicitud. En los casos en que los Certificados de Calidad no contengan la fecha de vencimiento o vigencia de los mismos deberán presentar junto con su propuesta técnica, carta compromiso, en formato libre, que el certificado (describir a cual hace referencia) se encuentra vigente. Adicionalmente se informa que la Convocante podrá en cualquier momento, durante la vigencia de los contratos, solicitar la presentación para cotejo de cualquiera de los documentos presentados como parte de su propuesta técnica, para en su caso, realizar las acciones necesarias antes las instancias competentes.	DEM
44	4756	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	2	2.4 Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	ENTENDEMOS QUE PARA LOS EQUIPOS QUE ESTEN IDENTIFICADOS EN EL ANEXO No. 1.3 "REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO" COMO QUE "NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO", ÚNICAMENTE DEBEMOS INCLUIR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. IDENTIFICAR EL RENGLON AL QUE HACE REFERENCIA EL SUSTENTO DE NO NECESIDAD Y REFERENCIAR PARA QUE PARTIDAS APLICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 4756, Respuesta: No es correcto. En caso de que los bienes ofertados se encuentren en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario" y el licitante advierte que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo anexa del mismo. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, E identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico". el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto. Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
45	4769	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	PARA AQUELLOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, DE ORIGEN INTERNACIONAL: 2) COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008 O ISO-13485 O TUV (VIGENTES) A NOMBRE DEL FABRICANTE [...] ¿EL CERTIFICADO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE NOTARIADO Y APOSTILLADO PARA PROPOSITOS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN?	(Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte.	DEM
46	4770	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	2	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	PARA AQUELLOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, DE ORIGEN INTERNACIONAL: 2) COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN [...] ¿EL CERTIFICADO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE NOTARIADO Y APOSTILLADO PARA PROPOSITOS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN?	Id DEM: 4769, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
47	4775	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	1	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	DICE: 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia o Especificaciones Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Nacional, que requieran cumplimiento de la Cédula de Descripción de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes: 2) Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TUV (Vigentes) a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar: ♣ Tipo y número de certificado. ♣ Nombre de la empresa que se certifica ♣ Alcance. ♣ Fecha de emisión. ♣ Vigencia y/o fecha de vencimiento. ♣ Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado. Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Internacional, que requieran cumplimiento de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación	Id DEM: 4770, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
						Id DEM: 4775, Respuesta: No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
48	4776	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	2	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	<p>en los términos siguientes: 2) Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TUV (Vigentes) a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar: * Tipo y número de certificado. * Nombre de la empresa que se certifica. * Alcance. * Fecha de emisión. * Vigencia o fecha de vencimiento. * Nombre y firma autografiada de la persona que emite el certificado. DUDA: Solicitamos a al Convocante y conforme al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y su Guía de Normas sobre Equipo Médico, en la cual se establece: ISO 13485, Norma internacional que rige los sistemas de control de la calidad en la fabricación de dispositivos médicos en caso de contar con el remplaza al ISO9000. En cada país existen laboratorios acreditados para realizar las pruebas y expedir el certificado ISO ISO-9001 requisitos para el sistema de gestión de la calidad. En cada país existen laboratorios acreditados para realizar las pruebas y expedir el certificado, Sea obligatorio el presentar el ISO 13485 para los equipos de fabricación Nacional o Internacional, toda vez que dicho certificado se refiere al control de calidad de fabricación, mientras que el ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad el cual mide la calidad administrativa del fabricante y no del bien a adquirir. ¿Se acepta?</p> <p>DICE: 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia o Especificaciones Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Nacional, que requieran cumplimiento de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de o Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes: ... El alcance al que se refiere la documentación solicitada, deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en la presente Convocatoria y ofertados por el licitante. ... DUDA: Solicitamos a la Convocante que la documentación solicitada, ampare la fabricación de los bienes que se ofertan, desde marca hasta modelo, ya que, conforme a lo indicado en este numeral, se puede presentar Registros Sanitarios, Certificados de equipos similares sin que lo que serán licitados cuenten con dicha documentación.</p>	<p>Id DEM: 4776, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.</p>	DEM
49	4853	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	4	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones	<p>Respecto a los equipos señalados en este numeral, específicamente en los puntos marcados con el "1)": ¿De no requerir registro sanitario alguno de los equipos del anexo 1.3 ya sea de origen nacional o internacional, bastará con referir el "ACUERDO por el que se da a que "Si requiere Registro Sanitario" y el licitante advierte o conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo que no requieren de Registro Sanitario, y de aquellos la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma productos que por su naturaleza, características propias y uso no se autografa y cargo del servidor público que la emite, que lo consideran como insumos para la salud y por ende no requieren exima del mismo. En caso de que la convocante no Registro Sanitario." Del 22 de diciembre de 2014, referenciando el requiera Registro Sanitario para el equipo principal,</p>	<p>Id DEM: 4853, Respuesta: No es correcta su apreciación. En caso de que los bienes ofertados se encuentren en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como internacional, bastará con referir el "ACUERDO por el que se da a que "Si requiere Registro Sanitario" y el licitante advierte o conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo que no requieren de Registro Sanitario, y de aquellos la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma productos que por su naturaleza, características propias y uso no se autografa y cargo del servidor público que la emite, que lo consideran como insumos para la salud y por ende no requieren exima del mismo. En caso de que la convocante no Registro Sanitario." Del 22 de diciembre de 2014, referenciando el requiera Registro Sanitario para el equipo principal,</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					equipo que no requiere registro sanitario?	identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto. Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de Insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte.	DEM
50	4854	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	5	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones	Respecto a los equipos de origen nacional y a lo señalado en el punto "3)", en el último párrafo: ¿De ser el caso que algún equipo no requiera registro sanitario, no se debe presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación de ese equipo?	Id DEM: 4854, Respuesta: Es correcto. Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficio de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.	DEM
51	4740	SOLUCIONES MEDICAS	1	2.6 Forma adjudicación	de Partida 42. "Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil" Pregunta: Solicitamos atentamente a la convocante a efecto de requerir por la convocante se encuentra debidamente	Id DEM: 4740, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
52	4630	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	6.	17.- 2.7 Modelo de contrato	garantizar la entrega oportuna y las mejores condiciones de compra para el instituto se acepten al menos dos fuentes de abasto por partida especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el instituto. ¿Debemos entender que el documento corresponde en sentido estricto a un "modelo" debiendo en su caso ajustarse al contenido de la convocatoria, sus anexos y las modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones?	En atención a la solicitud de aclaración, se precisa que el Anexo No. 2 refiere al Modelo de Contrato específico que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, a los cuales estará obligado el licitante que resulte adjudicado. Dicho modelo deberá ser congruente con el contenido de la convocatoria, sus anexos y las modificaciones de la Junta de Aclaraciones.	DEMM
53	4655	HIGIA MEDIAL LAB, S. DE R.L. DE C.V.	3.	17.- 2.7 Modelo de contrato	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos aclare si en caso de resultar adjudicados, se firmara un solo contrato, o si se firmara un contrato con cada una de las unidades mencionadas en el adjudique (n) anexo 1.4.	Se formalizará un contrato por Proveedor y Delegación y/o UMAE, respecto de la (s) partida (s) que se le adjudique (n).	DEMM
54	4777	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	3.	17.- 2.7 Modelo de contrato	DICE: 2.7 Modelo de contrato Los contratos se formalizarán por Proveedor, Delegación y/o UMAE. DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, en caso de resultar adjudicado y que dicha partida deba ser entregada en tres Delegaciones diferentes, ¿se deberán formalizar tres contratos?	En atención a la solicitud de aclaración, se precisa que es correcta su apreciación.	DEMM
55	4778	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	4.	17.- 2.7 Modelo de contrato	DICE: 2.7 Modelo de contrato Los contratos se formalizarán por Proveedor, Delegación y/o UMAE. DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, en caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿Dónde será la firma de dichos contratos?, ¿Se deberá entregar fianza por contrato?	Los contratos se firmarán dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, en la División de Contratos, ubicada en la Calle Durango Núm. 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Es correcto, el licitante adjudicado deberá entregar fianza por contrato formalizado de conformidad con el numeral "VII. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", de la Convocatoria.	DEMM
56	3698	GRUPO ORINLA, S. A. DE C. V.	1	3.1 Fecha, hora y lugar para los actos de la Licitación	VISTA A LUGAR(ES) DE ENTREGA ANEXO NO. 1.4 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR Y SE TRATA DE LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES ANEXO NO. 1.3 "REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO" Y ANEXO NO. 1.4 "GUÍA MEDICO", ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 3698, Respuesta: No es correcta su apreciación. Para las claves identificadas con la leyenda "SI Req." (SI requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Medico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
57	4688	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	13.	20.- 3.2 Junta de Aclaraciones	Solicitemos a la Convocante permita efectuar preguntas sobre las respuestas recibidas en caso de haberlas.	"Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", con excepción de las partidas 1 Angiografía arco monopolar y 19 Mastografía digital de campo completo cuyas visitas a las instalaciones son obligatorias. A efecto de lo anterior, los lugares y destinos son los señalados en el Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Control".	DEMM
58	4771	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	3.	20.- 3.2 Junta de Aclaraciones	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE HABRÁ UN PERIODO PARA FORMULAR PREGUNTAS A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.	En atención a su solicitud de aclaración, se precisa que es correcto el planteamiento, de conformidad al artículo 46, fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas.	DEMM
59	4772	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	4.	20.- 3.2 Junta de Aclaraciones	ENTENDEMOS QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-E8-2017 SOLO DEBERAN PARTICIPAR EN EL LLAMADO ACTO DE ACLARACIÓN DE DUDAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE TENGAN INTERES JURIDICOY QUE LO PUEDAN DEMOSTRAR A FIN DE QUE SUS PREGUNTAS SEAN CONSIDERADAS EN LAS RESPUESTAS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN Y NO ENTORPEZCAN LA LICITACIÓN EN COMENTO. ¿ESTO ES ASI?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que conforme al numeral 3.2 de la Convocatoria "Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, en la forma y plazo establecido por el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público."	DEMM
60	3487	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	5	3.3 Presentación de Apertura y Proposiciones	y ANEXO 1.6 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICO id DEM: 3487, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se ADMINISTRATIVA. 2.1- EXPERIENCIA Y 2.2 ESPECIALIDAD DADO acepta como opción que en el parámetro habilitado en QUE EN LA PAGINA COMPRANET EXISTE UN SOLO PARAMETRO COMPRANET por el área Convocante, para los subrubros PARA SUBIR ESTA INFORMACION Y DEBIDO A QUE EN EL CASO 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos DE MI REPRESENTADA LOS CONTRATOS SON LOS MISMOS contratos y/o pedidos debidamente referenciados para PARA EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS RUBROS, SOLICITAMOS cada partida a ofertar para el cumplimiento de los rubros QUE SE ACEPTA SUBIR UNA SOLA VES LA CARPETA DE DE Experiencia y Especialidad y siempre que identifique CONTRATOS REFERENCIANDO QUE CORRESPONDEN AL claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los		DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
61	3489	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	7	3.3 Presentación y Apertura de Proposiciones	CUMPLIMIENTO DE AMBOS PUNTOS, ESTO TAMBIEN CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL TAMAÑO DEL ARCHIVO Y FACILITAR LA CARGA AL SISTEMA. SE ACEPTA?	documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.	DEM
62	4605	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	4.	21.- 3.3 Presentación y Apertura de Proposiciones	3.3 Presentación y Apertura de Proposiciones Solicitamos amablemente a la convocante habilitar más campos para poder subir a la plataforma de Compranet los archivos que contengan el acta constitutiva y sus reformas ya que en nuestro caso contamos con seis reformas al acta constitutiva, más los contratos etc.	Id DEM: 3489, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.	DEMM
63	4734	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	10.	21.- 3.3 Presentación y Apertura de Proposiciones	POR LO ANTERIOR, NO SE ACEPTARÁN ARCHIVOS FIRMADOS DE MANERA INDIVIDUAL (ARCHIVO CON PROPOSICIONES EXTENSION P7M), EL CUAL NO ES POSIBLE ABRIR A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0, PROCEDIENDOSE A DESECHAR LA PROPOSICIÓN; ES DECIR, LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICIÓN, PODRÁN ENVIARSE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS: WORD, EXCEL, PDF, JPG O ZIP. ENTENDEMOS QUE SOLO PODEMOS SUBIR ARCHIVOS EN LOS FORMATOS WORD, EXCEL, PDF, JPG O ZIP. Y UNA VEZ CARGADA LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS, SE ENVIARÁ Y LOS ARCHIVOS QUE DEBERÁN FIRMARSE SON LOS EMITIDOS POR EL SISTEMA LA PLATAFORMA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONOMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	En atención a la solicitud de aclaración se precisa que para el numeral 4.3.9 que refiere a "la escritura constitutiva, sus reformas al acta constitutiva, poder del representante legal y la cédula de identificación Fiscal" se configuraron dos parámetros en la plataforma del sistema Compranet, para efectos de su captura. Se precisa que los licitantes deberán enviar su proposición firmada electrónicamente, conforme al proceso que se detalla en el numeral 6.3 "Envío y firma de proposiciones" (páginas 65 a 93) de la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de Compranet", disponible en la página de Compranet 5.0, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LAASSP y 50 de su Reglamento, así como numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet (ACUERDO), en sustitución de la firma autografiada, se emplearán los medios de	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
64	3681	ELECTRÓNICA MEDICINA, S. A.	3.	22.- 3.4 Proposiciones Conjuntas	Se solicita a la convocante que no se deban ofertar propuestas conjuntas, especialmente con empresas extranjeras. Por la cantidad de precedente señalar que no se acepta el planteamiento, los equipos a ofertar, la empresa adjudicada deberá tener un amplio conocimiento de la infraestructura del Instituto y un soporte técnico con Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector atención inmediata a nivel local, con el fin de garantizar una rápida respuesta a los reportes y una pronta resolución a la causa del llamado. Al realizar propuestas conjuntas, no se le asegura al instituto que la empresa responsable de la instalación, la empresa encargada de otorgar el servicio técnico al equipo y capacitación al personal y el centro de atención al cliente para levantamiento de reportes técnicos sea la misma, impidiendo una correcta comunicación con el proveedor ¿Se acepta?	<p>Identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, siendo para los licitantes nacionales, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y para licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de CompraNet que genera el mismo sistema, siendo la única manera de legitimar el consentimiento de los licitantes para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho sistema.</p> <p>Por lo anterior, no se aceptarán archivos firmados electrónicamente de manera individual (archivo con extensión .p7m), el cual no es posible abrir a través de CompraNet 5.0, procediéndose a desechar la proposición; es decir, los archivos que integran su proposición, podrán enviarse en alguno de los siguientes formatos: Word, Excel, PDF, JPG o ZIP.</p>	DEMM
65	3720	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1	4.1 Proposición técnica	Inciso 4.1.6. Dice: Para los equipos de imagenología... DICOM 3.0. Para el caso de mi representada caso de ofrecer equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, solicitanos que para cumplir con este punto se permita presentar una carta indicando que este punto no aplica para mi representada, ¿se acepta nuestra solicitud?	<p>Id DEM: 3720, Respuesta: No se acepta su solicitud. En caso de ofrecer equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habililitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habililitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
66	4592	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5.	22.- 3.4 Proposiciones Conjuntas	3.4 Proposiciones Conjuntas Entendemos que si nuestra empresa desea participar en proposición conjunta se deberá presentar una sola proposición en membrete de una sola empresa pero con las firmas de los representantes de las empresas que participen conjuntamente excepto, los escritos señalados en los numerales 4.31., 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6 que deberán ser firmados de manera individual por cada integrante. ¿Es esto correcto?	ofertar equipos en los que no se indique solicite Dicom CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna. En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento.. Asimismo se deberá presentar el convenio de participación conjunta. de conformidad con el anexo No. 12 de la presente convocatoria. Precisando que la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio de participación conjunta de conformidad con el anexo No. 12 de la presente convocatoria.	DEMM
67	4656	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	1.	22.- 3.4 Proposiciones Conjuntas	ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA CONJUNTA SOLO SE DEBERA PRESENTAR POR CADA INTEGRANTE LOS NUMERALES 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5 Y 4.3.6	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento.. Asimismo se deberá presentar el convenio de participación conjunta. de conformidad con el anexo No. 12 de la presente convocatoria. Precisando que la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio de participación conjunta de conformidad con el anexo No. 12 de la presente convocatoria.	DEMM
68	4725	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	1.	22.- 3.4 Proposiciones Conjuntas	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, CUMPLIMOS CON EL ANEXO 12 CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA Y LOS ESCRITOS DE LOS PUNTOS 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5 Y 4.3.6. O DEBEMOS ANEXAR ALGUN OTRO DOCUMENTO LEGAL O ESCRITO. FAVOR DE ACLARAR.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento.. Asimismo se deberá presentar el convenio de participación conjunta. de conformidad con el anexo No. 12 de la presente convocatoria. Precisando que la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio de participación conjunta de conformidad con el anexo No. 12 de la presente convocatoria.	DEMM
69	4742	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	3.	22.- 3.4 Proposiciones Conjuntas	Se solicita a la convocante aclarar si en Caso de Participación Conjunta y de resultar adjudicados es posible que más de una Razón Social pueda facturar al Instituto. Favor de Aclarar	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no es correcto el planteamiento. la facturación deberá ser conforme al participante que designen para tal fin, de conformidad con el Anexo 12 Modelo de Participación conjunta en la Cláusula "TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS.	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
70	3730	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	11.	23.- 4.2 Proposición Económica	Anexo 5. Solicitamos atentamente a la convocante que en el Anexo 5 nos permita presentar únicamente las partidas con las que participaremos, en el entendido que podremos quitar del archivo las partidas en las que no participaremos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta como opción eliminar las partidas en las que no desee participar.	DEMM
71	4586	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9.	23.- 3.5 Proposición Única	3.5 Proposición Única Es correcto entender que se podrá participar en varias partidas en participación conjunta y en otras (diferentes) de forma individual, ¿es correcta nuestra apreciación?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento. Precizando que cada empresa solo podrá presentar una proposición por partida ya sea por sí misma, o como integrante de una proposición conjunta.	DEMM
72	3721	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2.	24.- Documentación legal-administrativa	4.3 Inciso 4.3.2. Dice: Escrito bajo protesta de decir verdad... los bienes que oferta para la partida... serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos... conforme al Anexo 6. Para el caso de mi representada este punto no aplica ya que ofertaremos bienes de origen extranjero, entendemos que para cumplir con este numeral debemos presentar el Anexo 6 con la leyenda de no aplica, ¿es correcta nuestra apreciación?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcta su apreciación, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.2 en CompraNet, se configure como opcional.	DEMM
73	3722	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3.	24.- Documentación legal-administrativa	4.3 Inciso 4.3.6. Dice... Mipymes... Anexo No. 10 Solicitamos atentamente a la convocante que para cumplir con este punto el anexo sea presentado con la leyenda no aplica, ya que mi representada no en Mipyme. ¿Se acepta nuestra solicitud?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcta su apreciación, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.6 en CompraNet, se configure como opcional.	DEMM
74	3723	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4.	24.- Documentación legal-administrativa	4.3 Inciso 4.3.7. Dice... Presentar en forma conjunta sus proposiciones... Anexo No. 12. Solicitamos atentamente a la convocante que este anexo sea presentado con la leyenda no aplica, ya que mi representada no presentará proposiciones conjuntas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta el planteamiento, sin embargo se precisa que dicho parámetro del numeral 4.3.7 en CompraNet, se configure como opcional.	DEMM
75	4676	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	1.	25.- 3.7 Rúbrica en documentos en el acto de presentación y apertura de proposiciones	SE REFIERE ÚNICAMENTE PARA LA PARTE DE LA CONVOCANTE? Es decir este numeral solo describe que para efectos de revisión de las propuestas la convocante no imprimirá todos los documentos únicamente la descripción técnica y la propuesta económica. Queda claro por parte de los licitantes si se rubricarán documentos en el acto de presentación y apertura de todas y cada una de las propuestas de manera autografa, para ser escaneadas y así subirías al portal. Favor de precisar.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento.	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
76	4677	LUIS MARTINEZ AGUIRRE	2.	26.- 3.8 Acto de fallo y firma de contrato	Solicitanos a la Convocante nos indique si la opinión de cumplimiento tanto del SAT como del IMSS lo deberá presentar únicamente el Licitante adjudicado, ¿Es correcta nuestra apreciación?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento.	DEMM
77	4678	LUIS MARTINEZ AGUIRRE	3.	26.- 3.8 Acto de fallo y firma de contrato	Solicitanos a la Convocante nos indique si en caso de contar con Registro Patronal en el IMSS pero no tener trabajadores dados de alta, para dar cumplimiento con la opinión de cumplimiento del IMSS bastará con presentar el escrito donde señala que contamos con Registro Patronal pero de momento no hay movimientos, ¿Es correcta nuestra apreciación?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no es correcta su apreciación. Lo anterior porque de acuerdo con el numeral V. CONDICIONES DE PAGO de la presente convocatoria, en caso de que algún particular no tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro social, no podrá obtener la citada Opinión, por lo cual dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente: I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO SA1.HCT.1012/14/281.P.DIR; II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y; III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).	DEMM
78	4852	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	3.	26.- 3.8 Acto de fallo y firma de contrato	Respecto a la documentación relativa a: "Para la firma del contrato, el licitante adjudicado deberá presentar los siguientes documentos a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha de emisión del fallo: ¿Se permite por esta convocante que junto con la propuesta presentada se adjunten los documentos requeridos para la firma de contrato? Esto para agilizar la elaboración de contratos y con ello ya no presentarlos personalmente el día hábil posterior al fallo.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que resulta improcedente su solicitud. Lo anterior, porque la obligación de presentar los documentos para la formalización de los contratos únicamente recae en el licitante adjudicado, además, la formalización del contrato no corresponde al Área Contratante, sino a una diversa como es la División de Contratos, que es ante la que se debe presentar la documentación de cuenta.	DEMM
79	4855	INTERNATIONAL	6.	26.- 3.8 Acto de fallo y	¿Todos los contratos resultantes del fallo de la presente licitación	En atención a su solicitud de aclaración, resulta	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
		EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.		firma de contrato	pública se firmarán en el domicilio ubicado en la Calle Durango Num. 231, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México?	procedente señalar que es correcta su apreciación.	
80	4856	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	7.	26.- 3.8 Acto de fallo y firma de contrato	¿Se firmará un contrato con cada Delegación o UMAE a la que se tenga que entregar equipo adjudicado en esta licitación?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se formalizará un contrato por con cada Delegación o UMAE, conforme a los bienes que le hayan sido adjudicados.	DEMM
81	4686	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	8.	27.- 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	Las bases no manifiestan la obligación de foliar la oferta. Entendemos que no será motivo de descalificación presentar los documentos electrónicos sin folio, ¿es correcto?	Por tratarse de un procedimiento electrónico, no será motivo de descalificación.	DEMM
82	4687	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	12.	27.- 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	Solicitamos a la Convocante nos indique si se puede presentar la propuesta sin folio. Favor de indicar.	Por tratarse de un procedimiento electrónico, no será motivo de descalificación.	DEMM
83	3682	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	4	4.1 Proposición técnica	Dice: Trátándose de bienes que para su operación requieran de software, éste deberá ser en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución. Pregunta: Se solicita a la convocante que por la dificultad de referenciar este punto permita entregar carta de cumplimiento del fabricante ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud. Para el caso de bienes que para su operación requieran de software que deberá ser en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución, el licitante deberá referenciar dicho punto mediante anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos, instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos.	DEM
84	3683	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	5	4.1 Proposición técnica	Dice: 4.1.6... Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecen soportan los servicios requeridos. Pregunta: Se entiende que para la revisión y validación de este requisito bastara con entregar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante y solo se deberá la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema adjudicados, por lo pesado del archivo y la capacidad de almacenamiento del portal COMPRANET ¿Es correcto?	Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar lo solicitado en los numerales: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR para la revisión y validación de este requisito bastara con entregar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante y solo se deberá la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema adjudicados, por lo pesado del archivo y la capacidad de almacenamiento del portal COMPRANET ¿Es correcto?	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
85	3715	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	1	4.1 Proposición técnica	Entendemos que en el numeral 4.1.1, solo se indicará si se cumple con lo señalado en el numeral 2.4 Normas Oficiales Mexicanas ... Ya que en el numeral 4.1.3 nos piden presentemos las copias correspondientes a Normas y Certificados. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar	compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.	DEM
86	3716	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	2	4.1 Proposición técnica	Lo solicitado en los numerales 4.1.5, 4.1.6 y 4.1.7 no aplica a mi representación, ya que no se ofertaron partidas que incluyan estos puntos. Será suficiente presentar únicamente una hoja membretada indicando el punto con la leyenda "NO APLICA". Favor de aclarar	Id DEM: 3715, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con lo indicado en el instructivo de llenado del Anexo 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", para los casos en que se oferte, el licitante deberá indicar el número de certificado con el que acreditará lo solicitado en Normas y estándares, o su correspondencia a lo solicitado en lo concerniente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones de la convocatoria. Id DEM: 3716, Respuesta: No es correcta su apreciación. En caso del numeral 4.1.5, "... conforme a lo descrito en el numeral 5.2.8 "Demostración de las características ofertadas", "... para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", "... para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada...", para el caso del numeral 4.1.6, "... Para los equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0...", para el caso del numeral 4.1.7 "... de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria...", "... Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme al Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", "... Para el caso particular de las claves señaladas a continuación,	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
87	3717	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	3	4.1 Proposición técnica	En el numeral 4.1.4 referente al Anexo 1.6 de Puntos y Porcentajes, en el apartado 2.1 y 2.2, permitan presentar contratos y/o pedidos de todo tipo de equipo médico. ¿Se acepta?	las visitas a las instalaciones son obligatorias...". Partida 1 Angiografía arco monopolar, Partida 2 Mastografía digital de campo completo. En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
88	3724	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	5	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Inciso 5.2.8 Dice: "... Acto de demostración de las características ofrecidas... Partida 43. Ventilador adulto-pediátrico. En el cuadro en donde relacionan el área técnica encargada de la verificación de las características ofertadas hacen mención a la Partida 43. Ventilador adulto-pediátrico. Sin embargo, en el anexo No. 1.3. Requisitos para Equipo Médico, en la columna Demostración de Características dice que No Requiere demostración. Solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si para la partida 43 se solicitará demostración de características.	Id DEM: 3724, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM
89	3725	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	6	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Solicitamos atentamente a la convocante aclarar si con el fin de que los licitantes comprueben la presentación del bien ofertado y la demostración de las características ofertadas se entregará algún documento que así lo indique y si éste se debe incluir en algún punto de la propuesta.	Id DEM: 3725, Respuesta: De conformidad con lo solicitado en el numeral 5.28, "Al término del Acto de Demostración de Características se hará constar la realización del acto correspondiente en Minuta, la cual será firmada por los asistentes la cual obrará en el expediente de evaluación técnica, remitiendo copia al Órgano Interno de Control en el IMSS, de acuerdo al Protocolo de Actuación.", en el cual no se incluya ningún punto de la propuesta, toda vez que de acuerdo a la Sección VI "Procedimientos deliberativos" del ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2015, "se indica: "17. Cuando en los procedimientos de contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y concesiones existan procedimientos deliberativos, tales como evaluaciones y análisis de información, los servidores públicos se abstendrán de proporcionar información, previo a la notificación de la resolución correspondiente."	DEM
90	3726	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Solicitamos atentamente a la convocante aclarar si con el fin de que los licitantes comprueben la presentación del bien ofertado y la demostración de las características ofertadas se entregará algún documento que así lo indique y si éste se debe incluir en algún punto de la propuesta.	Id DEM: 3726, Respuesta: De conformidad con lo solicitado en el numeral 5.28, "Al término del Acto de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
91	3727	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8	5.2 Evaluación de la proposición técnica	demostración de las características ofertadas se debe elaborar algún documento que así lo indique para solicitar evidencia de cumplimiento y si éste se debe incluir en algún punto de la propuesta.	Demostración de Características se hará constar la realización del acto correspondiente en Minuta, la cual será firmada por los asistentes la cual obrará en el expediente de evaluación técnica, remitiendo copia al Órgano Interno de Control en el IMSS, de acuerdo al Protocolo de Actuación, en el cual no se incluirá ningún punto de la propuesta, toda vez que de acuerdo a la Sección VI "Procedimientos deliberativos" del ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2015, "se indica: "17. Cuando en los procedimientos de contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y concesiones existan procedimientos deliberativos, tales como evaluaciones y análisis de información, los servidores públicos se abstendrán de proporcionar información, previo a la notificación de la resolución correspondiente."	DEM
92	3729	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Inciso 5.2.8. Acto de Demostración de las características ofertadas. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique el lugar en donde se llevará a cabo la demostración de las características ofertadas para las partidas 43 y 44. Así mismo, solicitamos nos indique el tipo de conexiones de la toma mural a fin de llevar los accesorios correctos y necesarios para dicha demostración.	Id DEM: 3727, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria, "Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones". Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias. Partida 1 Angiógrafo arco monopolar, Partida 2 Mastografía digital de campo completo. En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017

40

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
97	3758	MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	3	4.1 técnica	IMAGENOLÓGIA, y para cumplir con el punto 4.1.6 ¿Será suficiente presentar un escrito en donde manifestemos bajo protesta de decir verdad que debido a que no ofertamos este tipo de equipos no aplica lo antes solicitado a mi representada? ¿Se acepta?	caso de ofertar equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de ofertar equipos en los que no se indique solicite DICOM CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
98	3774	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	19	4.1 técnica	Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados". Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar solo las hojas referenciadas de manuales, catálogos y/o folletos, ya que algunos de estos documentos son muy extensos. ¿Se acepta?	Id DEM: 3758, Respuesta: En atención a la respuesta otorgada, en caso de ofertar equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de ofertar equipos en los que no se indique solicite DICOM CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
99	4001	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	23	4.1 técnica	<p>Dice: 4.1.7... Que su proposición incluye adecuación que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria.</p> <p>Pregunta: Entendemos que no se debe incluir en la propuesta, el reporte relacionado con la Memoria Analítica, Control de Calidad y Levantamiento de Niveles, mismo que hacen las empresas Asesoras en Seguridad Radiológica autorizadas para ese fin. ¿Es correcto?</p>	<p>marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.", establecido en la presente convocatoria.</p> <p>Id DEM: 4001, Respuesta: Es correcta su interpretación. En la licitación LA-019GYR040-E8-2017 se solicita en el punto 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales que las visitas son obligatorias en solo dos partidas:</p> <p>Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado.</p> <p>Partida Clave PRI Clave AI Descripción 1 1169 531.055.0024.03.0 Angio arco monoplanar. 19 1184 531.341.2487.03.0 Mastografía digital de campo completo.</p> <p>Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tome en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
100	4554	BERCLAN, S.A. DE C.V.	1	4.1 técnica	En el punto 4.1.2 en el caso de presentar manuales para la referenciación de los puntos, nos permitan presentar solo las hojas de los manuales que se ocupen para la referenciación, esto debido a que en ocasiones los manuales están compuestos de más de 300 hojas, se acepta nuestra sugerencia?	Id DEM: 4554, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.1.2. " Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.", establecido en la presente convocatoria.	DEM
101	4555	BERCLAN, S.A. DE C.V.	2	4.1 técnica	El anexo 1.2 propuesta técnica, solo deberá presentarse por las partidas ofertadas es correcto?	Id DEM: 4555, Respuesta: Es correcta su apreciación. Para aquellas partidas en las que no participe, el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.	DEM
102	4563	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A DE C.V.	1	4.1 técnica	EN ARAS DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS, EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS MISMOS. ASI COMO LA EXISTENCIA EN EL MERCADO DE CONSUMIBLES, ACCESORIOS, REFACCIONES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ANEXAR EN LA PROPUESTA TECNICA, CARTA DEL FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MEXICO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE APOYA AL LICITANTE EN EL 100% DE LA PROPOSICION TECNICA QUE PRESENTE EN SU CASO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE DISTRIBUCION VIGENTE AL MOMENTO DE LA PRESENTE LICITACION EMITIDA POR EL FABRICANTE NOTARIZADA Y/O APOSTILLADA EN LA QUE SE DEMUESTRE LA RELACION DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON EL FABRICANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 4563, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
103	4568	COMERLAT, S.A. DE C.V.	5	4.1 técnica	Numeral 4.1.2, PREGUNTA: Debido a la limitante de carga en el sistema COMPRANET 5.0, solicitamos a la convocante que para el favor de atender a la descripción solicitada en el numeral caso de los catálogos, instructivos y/o manuales del fabricante nos 4.1.2. " Para corroborar las especificaciones y requisitos permita presentar únicamente la caratula y las páginas, secciones y/o de los bienes y en su caso el software en español, se parralos que soporten nuestras proposiciones a referenciar. ¿Se requiere que el licitante presente anexos técnicos	Id DEM: 4568, Respuesta: No se acepta su solicitud	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
104	4569	COMERLAT, S.A. DE C.V.	6	4.1 Proposición técnica	Numeral 4.1.2. Solicitamos a la convocante que en caso de que alguna de las características técnicas solicitadas no se pueda referenciar en anexos, catálogos, folletos, instructivos y/o manuales, se permita presentar carta del fabricante en donde se establezca que la característica solicitada se cumple a cabalidad. Se acepta nuestra propuesta?	folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, establecido en la presente convocatoria.	DEM
105	4570	COMERLAT, S.A. DE C.V.	7	28.- 4.1 Proposición técnica	Numeral 4.1.4 PREGUNTA: Solicitamos a la convocante habilitar el campo de Anexos Adicionales, ya que por las características de la información solicitada y las limitantes de carga del sistema COMPRANET 5.0 se puede afectar la carga de nuestra propuesta por la cantidad de partidas en las que participaremos y por el tamaño de los documentos. ¿Se acepta?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEMM
106	4571	COMERLAT, S.A. DE C.V.	8	4.1 Proposición técnica	Numeral 4.1.4, ANEXO 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa. DICE: RUBRO 1 Capacidad del Licitante, Subrubros 1.1, 1.3, 1.4 y 1.5 PREGUNTA: En nuestro caso, participaremos con varias partidas, entendemos que bastara con presentar una sola vez los documentos solicitados en estos rubros haciendo mención en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos y así evitar duplicidad de documentos y facilitar la revisión de las propuestas ¿Se acepta?	Id DEM: 4571, Respuesta: Es correcta su apreciación. Bastará con presentar una sola vez los documentos solicitados en el Rubro 1.- Capacidad del Licitante siempre que se identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos.	DEM
107	4572	COMERLAT, S.A. DE C.V.	9	4.1 Proposición técnica	Numeral 4.1.4, ANEXO 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa. DICE: RUBRO 2 Experiencia y Especialidad del Licitante, Subrubros 2.1 y 2.2 PREGUNTA: Debido a la limitante de carga en el sistema COMPRANET 5.0; solicitamos atentamente a la 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos convocante, nos permita presentar en archivo electrónico un solo juego de copias simples de contratos, haciendo un manifiesto de las partidas cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros que amparan los citados documentos. Ya que tenemos contratos y/o de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique los documentos que amparan mas de una partida y así evitar duplicidad de documentos y facilitar la revisión de las propuestas ¿Se acepta?	Id DEM: 4572, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros que amparan los citados documentos. Ya que tenemos contratos y/o de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique los documentos que amparan mas de una partida y así evitar duplicidad de documentos y facilitar la revisión de las propuestas ¿Se acepta?	DEM

Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
108	4573	COMERLAT, S.A. DE C.V.	10	4.1 Técnica	Numeral 4.1.4, ANEXO 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa. DICE: RUBRO 3 Cumplimiento de Contratos y/o pedidos, Subrubro 3.1 PREGUNTA: Debido a la limitante de carga en el sistema COMPRANET 5.0, solicitamos atentamente a la convocante, nos permita presentar en archivo electrónico un solo juego de copias simples de Fianzas Canceladas o Escrito de Liberación de Fianzas o Comprobantes de Entrega o Factura legible de los equipos entregados o Remisión de entrega legible de los bienes entregados, haciendo un manifiesto de las partidas que amparan los citados documentos. Ya que tenemos documentos que amparan más de una partida y así evitar duplicidad de documentos y facilitar la revisión de las propuestas. ¿Se acepta?	Id DEM: 4573, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocante, para el cumplimiento del Rubro 3.-Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, una sola vez copias simples de Fianzas Canceladas o Escrito de Liberación de Fianzas o Comprobantes de Entrega o Factura legible de los bienes entregados o Remisión de entrega legible de los bienes entregados, según corresponda al caso concreto, debidamente referenciados para cada partida a ofertar y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.	DEM
109	4574	COMERLAT, S.A. DE C.V.	11	4.1 Técnica	Numeral 4.1.4, ANEXO 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa. DICE: RUBRO 1 Capacidad del Licitante. Subrubro 1.2 PREGUNTA: Solicitamos a la convocante que con el fin de demostrar la disponibilidad para atender los requerimientos de los usuarios en las distintas unidades médicas de destino final de los bienes, acepte la entrega de órdenes de servicio debidamente formalizada y aceptadas por los clientes en diversos puntos alrededor de la república. ¿Se acepta?	Id DEM: 4574, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del subrubro 1.2 del Rubro 1.- Capacidad del licitante, los licitantes deberán considerar lo solicitado en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa.	DEM
110	4586	CORINDAL, S.A. DE C.V.	2	4.1 Técnica	Numeral 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10). En el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" Dice que para la partida 17 Si se Requiere visita a las instalaciones por lo que Solicitamos a la convocante para cumplir con este punto, se omita la visita y se nos acepte carta bajo protesta de decir verdad donde el licitante adjudicado acepta absorber con los gastos de las adecuaciones del equipo ¿Se acepta?	Id DEM: 4586, Respuesta: Se acepta su solicitud, en el entendido que la partida 17 Lámpara quirúrgica doble, la cual se identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
111	4589	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2	4.1 Proposición técnica	4.1.1 Proposición Técnica Solicitamos amablemente a la Convocante, que en caso de que alguna característica no pueda ser referenciada de manera puntual en los catálogos y/o manuales, nos permita presentar carta del fabricante o distribuidor mayorista en donde se especifique el cumplimiento de dicha característica, ¿se acepta nuestra propuesta?	físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Lo anterior de conformidad con el numeral 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales. Id DEM: 4589, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
112	4591	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4	4.1 Proposición técnica	4.1.2 Proposición Técnica Para reducir el peso de los archivos a enviar por COMPRANET, en virtud que el sistema solo permite adjuntar archivos con una capacidad de 25 MB, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita presentar solo las páginas de los catálogos y/o manuales en donde ubique la información referenciada de los equipos a ofertar, ¿se acepta?	Id DEM: 4591, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para el caso de bienes que para su operación requieran de software que deberá ser en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución, el licitante deberá referenciar dicho punto mediante anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos.	DEM
113	4593	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6	4.1 Proposición técnica	4.1.6 Proposición Técnica En caso que mi representada no oferte partidas de imagenología, será suficiente presentar un escrito manifestando que "NO APLICA", favor de aclarar.	Id DEM: 4593, Respuesta: En caso de ofertar equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de ofertar equipos en los que no se indique solicite DICOM CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
114	4594	DISTRIBUIDORA DE	7	4.1 Proposición 4.1.7	Proposición Técnica En caso de ofertar partidas que NO	Id DEM: 4594, Respuesta: No se acepta su solicitud. De	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
115	4595	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8	4.1 Proposición técnica	requieran visita a las Instalaciones de las Unidades Médicas entendemos para cumplir con el parámetro de COMPRANET, se deberá presentar un escrito manifestando que esta constancia no aplica a mi representada, ¿es correcto?	conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria, "...Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones"...", "...Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias...", Partida 1 Angiógrafo arco monoplanar, Partida 2 Mastografía digital de campo completo. En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
					4. Requisitos de los Licitantes deben cumplir En caso de que algún Anexo o documento que NO nos aplique, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar un escrito libre Bajo protesta de decir verdad que dicho punto NO APLICA, ¿Se acepta nuestra solicitud?	Id DEM: 4595, Respuesta: No se acepta su solicitud. En el caso del numeral 4.1.5, "...conforme a lo descrito en el numeral 5.2.8 "Demostración de las características ofertadas"...", "...para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico"...", "...para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada...", para el caso del numeral 4.1.6, "...Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0...", para el caso del numeral 4.1.7 "...de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria...", "...Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones"...", "...Para el	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
116	4597	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10	4.1 Proposición técnica	4.1.5 Proposición Técnica Solicitamos amablemente a la Convocante que para cumplir con este numeral en caso que mi representada NO oferte bienes que requieren demostración, será suficiente presentar un escrito manifestando que "NO APLICA". ¿Se acepta?	caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias...". Partida 1 Angiógrafo arco monoplanar, Partida 2 Mastografía digital de campo completo. En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
117	4603	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	2	4.1 Proposición técnica	Se deberá presentar un solo formato por partida o podrá elaborarse a renglón seguido	Id DEM: 4597, Respuesta: No se acepta su solicitud. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.5, "...conforme a lo descrito en el numeral 5.2.8 "Demostración de las características ofertadas"...", a lo descrito en el citado numeral: "...para las claves identificadas con la leyenda de "SI Req." (SI requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico"...", para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada...". En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
118	4604	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	3	4.1 Proposición técnica	Para corroborar las especificaciones y características de los equipos se entiende que para dar cumplimiento cabalmente con este punto, se puede presentar cualquiera de las opciones mencionadas, ya sea anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales?	Id DEM: 4603, Respuesta: No realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.	DEM
119	4631	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE	7	4.1 Proposición técnica	Numeral 4.1.1 ¿Es correcto entender que los licitantes podrán ofertar características iguales o superiores a las establecidas en la convocatoria y sus anexos, por lo que la proposición de características sido aceptada previamente en la correspondiente Junta	Id DEM: 4604, Respuesta: Es correcta su apreciación, siempre que correspondan con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", en el entendido que deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Se precisa que en el caso de las imágenes, el licitante deberá comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
		C.V.			inferiores resultaría en desechamiento de la proposición?	de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	
120	4632	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	8	4.1 Proposición técnica	Como numeral 4.1.5 se indica que los licitantes deben incluir "4.1.5 Impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual el personal de la División de Equipamiento Médico (DEM), indique la hora y fecha de la Convocatoria a través de la DEM, en su calidad de área técnica llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, conforme a lo descrito en el numeral "5.2.8 Demostración de las características de área técnica llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas". Solicitamos a la DEM, en su calidad de área técnica, indicar el Tiempo de respuesta comprometido por el convocante para emisión del documento por el que el personal del Instituto indique la fecha u hora agendada a efectos que de resulte posible incorporar a la proposición del licitante.	Id DEM: 4632, Respuesta: El tiempo de respuesta a la solicitud de agendar fecha para el Acto de Demostración de Características Ofertadas, conforme a lo descrito en el numeral "5.2.8 Demostración de las características de área técnica llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas", será de 24 horas siguientes a la fecha de y Demostración de las características ofertadas". Solicitamos a la convocante indicar el Tiempo de respuesta comprometido por el Instituto para emisión del documento por el que el personal del Instituto indique la fecha u hora agendada a efectos que de resulte posible incorporar a la proposición del licitante.	DEM
121	4633	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	9	4.1 Proposición técnica	Como parte de la documentación requerida en este apartado no se incluye la solicitud de carta de apoyo/respaldo del titular del Registro Sanitario. Sin embargo y a pesar de lo anterior, en el cuerpo de la convocatoria y anexos se incluyen requerimientos que solo pueden ser asegurados por el fabricante de los bienes o en su caso por el titular del registro sanitario de los mismos, como lo es el caso de la habilitación del protocolo DICOM 3.0 o el asegurar disponibilidad de refacciones durante un periodo de 7 años posteriores al fin del periodo de garantía, siendo este el único que comercialmente pueda asegurar la existencia de refacciones por el periodo indicado en relación a los periodos de obsolescencia. Solicitamos que, como parte de la documentación técnica a incorporar en las proposiciones, los licitantes incluyan una carta por la que respalden solidariamente la proposición del licitante en cuanto a existencia, instalación, capacitación, mantenimiento, y existencia de refacciones dentro del periodo de garantía y siete años posteriores al fin de esta. Lo anterior a fin de proteger al Instituto de un eventual cambio en responsabilidades de un licitante o incluso ante la posible desaparición del mismo motivada en muchos de los casos por factores económicos fuera del control del mismo. De otra manera es la propia convocante quien asume un riesgo administrativo y financiero. ¿Se acepta nuestra propuesta? En caso contrario favor de aclarar	Id DEM: 4633, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo Sanitario. Sin embargo y a pesar de lo anterior, en el cuerpo de la convocatoria y anexos se incluyen requerimientos que solo pueden ser asegurados por el fabricante de los bienes o en su caso por el titular del registro sanitario de los mismos, como lo es el caso de la habilitación del protocolo DICOM 3.0 o el asegurar disponibilidad de refacciones durante un periodo de 7 años posteriores al fin del periodo de garantía, siendo este el único que comercialmente pueda asegurar la existencia de refacciones por el periodo indicado en relación a los periodos de obsolescencia. Solicitamos que, como parte de la documentación técnica a incorporar en las proposiciones, los licitantes incluyan una carta por la que respalden solidariamente la proposición del licitante en cuanto a existencia, instalación, capacitación, mantenimiento, y existencia de refacciones dentro del periodo de garantía y siete años posteriores al fin de esta. Lo anterior a fin de proteger al Instituto de un eventual cambio en responsabilidades de un licitante o incluso ante la posible desaparición del mismo motivada en muchos de los casos por factores económicos fuera del control del mismo. De otra manera es la propia convocante quien asume un riesgo administrativo y financiero. ¿Se acepta nuestra propuesta? En caso contrario favor de aclarar	DEM
122	4659	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	1	4.1 Proposición técnica	Referente a la edición del 22 de diciembre de 2014 del Diario Oficial de la Federación, "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su que "Si requiere Registro Sanitario" y el licitante advierta naturaleza, características propias y uso no se consideran como que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", ¿se la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma nos permite presentar la carátula del Acuerdo anteriormente autografiada y cargo del servidor público que la emite, que lo	Id DEM: 4659, Respuesta: No se acepta su solicitud. En la Federación, "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su que "Si requiere Registro Sanitario" y el licitante advierta naturaleza, características propias y uso no se consideran como que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", ¿se la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma nos permite presentar la carátula del Acuerdo anteriormente autografiada y cargo del servidor público que la emite, que lo	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					<p>menionado y las páginas donde se señalen los productos objetos de nuestro interés?</p>	<p>exima del mismo. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto. Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de Insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideraran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte.</p>	
123	4660	INGENIERIA SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	2	28.- 4.1 Proposición técnica	<p>Los numerales 4.1.5, 4.1.6 y 4.1.7 en las bases de la convocatoria no coinciden con los parámetros en el portal de CompraNet: entendiendos que los numerales mandatorios son los que se solicitan en las bases, ¿es esto correcto?</p>	<p>En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que ya fueron modificados los parámetros en la plataforma CompraNet.</p>	DEM
124	4661	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	3	4.1 Proposición técnica	<p>En el numeral 4.1.7 se solicita una constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las unidades médicas. Puesto que no existe un formato para dicha constancia, ¿se acepta presentar el Anexo 1.10 en cada unidad médica para que sea sellado y firmado por el responsable del área en la unidad médica destino?</p>	<p>Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con el cuarto párrafo del numeral 5.2.9 "Visitas a las instalaciones institucionales", "En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En este contexto, la(s) constancia(s) de haber realizado la(s) visita a las instalaciones es en formato</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
125	4669	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	1	4.1 técnica	Inciso 4.1.2 Debido a que varios catálogos y/o manuales superan las 2,000 hojas, se solicita amablemente a la convocante permita entregar únicamente las páginas referenciadas de los catálogos y/o manuales para dar cumplimiento a este punto ¿Se acepta nuestra propuesta?	libre Id DEM: 4669, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.1.2 " Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.", establecido en la presente convocatoria.	DEM
126	4670	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	2	4.1 técnica	Inciso 4.1.2 ¿Es correcto entender que para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español se podrá presentar anexos técnicos y/o folletos y/o catálogos y/o fotografías y/o instructivos y/o manuales del fabricante?	Id DEM: 4670, Respuesta: Es correcto siempre que se correspondan con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.	DEM
127	4675	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	1	4.1 técnica	Con el fin de asegurar que el licitante adjudicado, entregue en tiempo y forma al Instituto, la convocante requiere que en la Proposición Técnica se anexe la carta de respaldo del Fabricante ¿Es esto correcto?	Id DEM: 4675, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
128	4710	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2	4.1 técnica	4.1. Proposición Técnica Numeral 4.1.2 Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que por la naturaleza de la licitación electrónica nos permita entregar exclusivamente las páginas, 4.1.2 " Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requieren las especificaciones y requisitos de los bienes, lo anterior debido a que requiere que el licitante presente anexos técnicos, existen manuales con más de 600 páginas que superan la capacidad folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales de subida del sistema compraNet por archivo, el cual resulta ser de 150 Mbytes ¿Se acepta mi propuesta?	Id DEM: 4710, Respuesta: No se acepta su solicitud, la manera más atenta que debido a que por la naturaleza de la licitación electrónica nos permita entregar exclusivamente las páginas, 4.1.2 " Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requieren las especificaciones y requisitos de los bienes, lo anterior debido a que requiere que el licitante presente anexos técnicos, existen manuales con más de 600 páginas que superan la capacidad folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales de subida del sistema compraNet por archivo, el cual resulta ser de 150 Mbytes ¿Se acepta mi propuesta?	DEM

[Handwritten signature]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
129	4711	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3	4.1 Proposición técnica	4.1. Proposición Técnica Numeral 4.1.5 Entendemos que en caso de que no participemos en una partida que requiera la demostración de características ofertadas, para cumplir con este punto se nos permitirá entregar un escrito en el cual indiquemos que este punto no aplica para mi representada ¿Es correcta mi apreciación?	deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.", establecido en la presente convocatoria.	DEM
130	4712	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4	4.1 Proposición técnica	4.1. Proposición Técnica Numeral 4.1.7 Entendemos que en el caso de que participemos para una partida en el que la visita sea obligatoria, deberemos presentar carta bajo protesta de decir verdad de acuerdo al Anexo 1.10 y además constancia de haber realizado las visitas de cada uno de los lugares donde se instalarán los equipos de acuerdo a la guía de distribución ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 4711, Respuesta: No es correcta su apreciación. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.5, "...conforme a lo descrito en el numeral 5.2.8 "Demostración de las características ofertadas"...", a lo descrito en el citado numeral: "...para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico"..."; para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada...". En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
131	4726	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	2	4.1 Proposición técnica	4.1.4 - 2.1 EXPERIENCIA, 2.2 ESPECIALIDAD, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO REPLICAR LA DOCUMENTACION Y DEBIDO A LA CAPACIDAD DE	Id DEM: 4712, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con el cuarto párrafo del numeral 5.2.9 "Visitas a las instalaciones institucionales". "En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matricula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores." En este contexto, el formato contenido en el Anexo No. 1.10 únicamente podrá aplicar a los casos en que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
132	4727	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	3	4.1 Proposición técnica	LOS PARÁMETROS EN COMPRANET, CON LA INTENCIÓN DE QUE SE PUEDA ABRIR CORRECTA MENTE NUESTRA PROPUESTA, NOS PERMITA EXHIBIR PARA AMBOS RUBROS LOS MISMOS CONTRATOS, SIN TENER QUE DUPLICARLOS. ¿SE ACEPTA?	2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.	
133	4728	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	4	4.1 Proposición técnica	4.1.4 - 3.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE SE PUEDA ABRIR CORRECTA MENTE NUESTRA PROPUESTA EN EL SISTEMA COMPRANET, NOS PERMITA EXHIBIR LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO Y ÚNICAMENTE LA CARATULA DEL CONTRATO A QUE HACE REFERENCIA EL CUMPLIMIENTO ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4727, Respuesta: Dentro de la evidencia documental para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos no se requiere la presentación del contrato, en el entendido de que el otorgamiento de puntos en este Rubro se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.	DEM
134	4729	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	5	4.1 Proposición técnica	4.1.5 DEMOSTRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. MI REPRESENTA OFERTARÁ PARTIDAS QUE DE ACUERDO AL "ANEXO 1.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO", NO REQUIERE DE DEMOSTRACIÓN, POR TAN MOTIVO, ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO APLICA A MI REPRESENTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 4728, Respuesta: No es correcta su apreciación. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.5, "...conforme a lo descrito en el numeral 5.2.8 "Demostración de las características ofertadas...", a lo descrito en el citado numeral: "...para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico"..."; para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada...". En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
135	4730	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	6	4.1 técnica	4.1.7 VISITA A LAS INSTALACIONES. MI REPRESENTA OFERTARÁ PARTIDAS QUE DE ACUERDO AL "ANEXO 1.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO", NO REQUIERE DE VISITA A LAS INSTALACIONES, ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO APLICA A MI REPRESENTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de ofertar equipos en los que no se indique solicite DICOM CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna.	
136	4732	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	8	4.1 técnica	GENERAL. CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO Y CALIDAD, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4730, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria, "...Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" "...Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias...: Partida 1 Angiografía arco monoplanar, Partida 2 Mastografía digital de campo completo. En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
137	4733	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	9	4.1 técnica	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE QUE DEBEMOS SUBIR EN LOS PARÁMETROS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUTIVOS, MANUALES Y FOTOGRAFÍAS, CONTENIDOS EN PLATAFORMA COMPRANET, EN LAS PARTIDAS EN LAS QUE MI REPRESENTADA NO COTIZARA.	Id DEM: 4733, Respuesta: En caso de no participar en alguna partida, el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.	DEM
138	4735	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	11	4.1 técnica	4.1.6 EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA. MI REPRESENTA NO OFERTARÁ PARTIDAS DE ESTA ESPECIALIDAD, POR LO QUE, ENTENDEMOS QUE PODEMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO APLICA A MI REPRESENTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 4735, Respuesta: No es correcta su apreciación. En caso de ofertar equipos de imagenología conforme a la Cédula de Descripción	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
139	4753	VIASIS, S.A. DE C.V.	4	4.1 técnica	Referente al 4.1.2. Solicitamos a la convocante nos permita subir al portal de Compranet solo las hojas de manuales y folletos referenciados para demostrar las características ofertadas. ¿Se acepta?	correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de ofertar equipos en los que no se indique solicite DICOM CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna.	DEM
140	4764	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	10	4.1 técnica	SUBNUMERAL 4.1.2 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DE LOS FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL MANUALES DONDE SE HACE REFERENCIA A LAS 4.1.2 * PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ESTO CON EL FIN DE NO DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE CREA ARCHIVOS MUY PESADOS Y FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE LA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4764, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para efectos de la Evaluación de las Características Técnico - Médicas, a fin de realizar el análisis integral y exhaustivo de la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, la documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
141	4779	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	5	4.1 técnica	DICE: 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones y modificaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. DUDA: Solicitamos a la Convocante, en caso de participar en partidas que conforme al Anexo No. 1.3, no requieran visita a las instalaciones de las Unidades Médicas, deberemos entregar carta manifestando que al no ofertar partidas que requieran visita, éstas no serán realizadas, ¿Es correcto?	podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, establecido en la presente convocatoria.	DEM
142	4781	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	7	4.1 técnica	DICE: 4.1.2 Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el fabricante en el Anexo No. 1.2 folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales. Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, tal como la documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, detallada de los bienes ofertados, tal documentación DUDA: Solicitamos a la Convocante que en caso de Manuales y/o instructivos, nos permita presentar solamente las páginas donde se hace referencia a las características solicitadas por el Instituto, toda vez que dichos documentos son de gran tamaño, lo cual haría la subida y bajada de propuestas demasiado lento. ¿Se acepta?	Id DEM: 4781, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.1.2. Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el fabricante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación DUDA: Solicitamos a la Convocante que en caso de Manuales y/o instructivos, nos permita presentar solamente las páginas donde se hace referencia a las características solicitadas por el Instituto, toda vez que dichos documentos son de gran tamaño, lo cual haría la subida y bajada de propuestas demasiado lento. ¿Se acepta?	DEM
143	4782	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	8	4.1 técnica	DICE: SIN PUNTO DUDA: Solicitamos a la Convocante solicitar de manera obligatoria carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor requerido por la convocatoria que se encuentra debidamente autorizado que esté incluido en el Registro Sanitario, esto para descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la garantía que el licitante cuenta con el apoyo del fabricante, ¿Se acepta?	Id DEM: 4782, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo autorizado que esté incluido en el Registro Sanitario, esto para descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la garantía que el licitante cuenta con el apoyo del fabricante, ¿Se acepta?	DEM
144	4857	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	8	4.1 técnica	¿Se pueden ofertar equipos con especificaciones que superen en calidad y/o prestaciones las características de los bienes descritos en siempre que la característica o especificación que oferte el anexo 1.1 "Cédulas de Descripción de artículo" sin que sea esto el licitante haya sido aceptada previamente en la empresa no es requerida para el Instituto.	Id DEM: 4857, Respuesta: Es correcta su apreciación, siempre que la característica o especificación que oferte el anexo 1.1 "Cédulas de Descripción de artículo" sin que sea esto el licitante haya sido aceptada previamente en la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					motivo de descalificación?	correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	
145	4868	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	1	4.1 Proposición técnica	Anexo No. 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa, relativo al numeral 4.1.4 Este anexo lo solicitan debidamente requisitado y contratante, misma que define los parámetros en el Comprasnet donde debe ir la documentación de los licitantes.	Id DEM: 4868, Respuesta: Competencia del Área DEM	DEM
146	4869	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	2	28.- 4.1 Proposición técnica	En el portal de Comprasnet en el parámetro 1 Proposición técnica omitieron el numeral 4.1.5 y debido a esto no coinciden los numerales 4.1.6, 4.1.7 y 4.1.8 con los numerales de la convocatoria y en el anexo No. 13, mismos que son 4.1.5, 4.1.6 y 4.1.7. Realizaran la corrección correspondiente en el Portal? o subiremos nuestra documentación de acuerdo a lo solicitado en el texto sin tomar en cuenta los numerales?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que ya fueron modificados los parámetros en la plataforma ComprasNet.	DEMM
147	4872	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	1	4.1 Proposición técnica	Página 9, numeral 3, párrafo 4, cita: "Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales solo del equipo principal ofertado. ¿Se acepta?	Id DEM: 4872, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones, establecido en la presente convocatoria.	DEM
148	3741	OURUX, S.A. DE C.V.	1	29.- 4.2 Proposición Económica	4.2.1 SE ESTABLECE EN EL ANEXO NO. 5LOS "PRECIOS EN MAXIMOS DE REFERENCIA", A PARTIR DE LOS CUALES, SIN EXCEPCION, LOS LICITANTES EN SU PROPOSICION ECONOMICA DEBERAN OFRECER UN PORCENTAJE DE DESCUENTO, MISMO QUE SERA OBJETO DE EVALUACION. PLANTEAMIENTO, ART. 2 LAASSP PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY SE ENTENDERÁ POR: VIII. OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS: MODALIDAD Asimismo, se precisa que la presente licitación no UTILIZADA EN LAS LICITACIONES PUBLICAS, EN LA QUE LOS LICITANTES, AL PRESENTAR SUS PROPOSICIONES, TIENE LA DESCUENTO. POSIBILIDAD DE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACION Y APERTURA DEL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SU PROPUESTA ECONOMICA, REALICEN UNA O MAS	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que si se deben ofertar descuentos. Lo anterior porque de conformidad con el numeral 4.2.1 de la convocatoria, en el Anexo No. 5 se establecen los "Precios Máximos de Referencia", a partir de los cuales sin excepción, los licitantes en su proposición económica deberán ofrecer un porcentaje de descuento, mismo que será objeto de evaluación.	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
149	4556	BERCLAN, S.A. DE C.V.	3.	29.- 4.2 Proposición Económica	<p>OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS QUE MEJOREN EL PRECIO OFERTADO EN FORMA INICIAL, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE LA POSIBILIDAD DE VARIAR LAS ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS ORIGINALMENTE CONTENIDAS EN SU PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>ART. 28 LAASSP [...] TRATÁNDOSE DE LICITACIONES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPEN DE MANERA INDIVIDUAL MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES, NO SE APLICARÁ LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO.</p> <p>LAS EMPRESAS CONSIDERADAS PYMES EN TÉRMINOS DE LA LEY ARTICULO 28 NO TENDRÁN OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR EN OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO.</p> <p>PREGUNTA. ¿AÚN ASÍ DEBEREMOS OFERTAR UN DESCUENTO YA QUE NO SOMOS UNA GRAN EMPRESA TRANSNACIONAL?</p>	<p>En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no es correcta su apreciación. El Anexo No. 5.1 contiene los Criterios de Evaluación Económica.</p> <p>De conformidad con el numeral 4.2.1 de dicho anexo, se establecen los "Precios Máximos de Referencia", a partir de los cuales sin excepción, los licitantes en su proposición económica deberán ofrecer un porcentaje de descuento, mismo que será objeto de evaluación.</p>	DEMM
150	4651	HEALTHCARE SYSTEMS MEXICO, S.A. DE C.V.	4.	29.- 4.2 Proposición Económica	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER ELIMINAR LAS PARTIDAS QUE NO SE OFERTARÁN. ¿SE ACEPTA?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta como opción eliminar las partidas en las que no desee participar.	DEMM
151	4737	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	13.	29.- 4.2 Proposición Económica	ANEXO 5, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y EN CASO DE NO OFERTAR TODAS LAS PARTIDAS NOS PERMITA REQUISITAR LOS CAMPOS, CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta como opción, así mismo podrá eliminar las partidas en las que no desee participar.	DEMM
152	4757	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	3.	29.- 4.2 Proposición Económica	DEBEMOS ENTENDER QUE EL ANEXO NO. 5, SE DEBE PRESENTAR A RENGLOM SEGUIDO, INDICANDO ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPAREMOS, RESPETANDO LA DESCRIPCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS DEMÁS CAMPOS INDICADOS EN LOS MISMOS PARA CADA PARTIDA. ¿ES CORRECTO?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento.	DEMM
153	4780	GRUPO ADDIM, S. A.	6.	29.- 4.2 Proposición DICE.		En atención a su solicitud de aclaración, resulta	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
		DEC V.		Económica	<p>4.2.1 Se establece en el Anexo No. 5 los "Precios Máximos de Referencia", a partir de los cuales sin excepción, los licitantes en su proposición económica deberán ofrecer un porcentaje de descuento, mismo que será objeto de evaluación.</p> <p>4.2.2 El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).</p> <p>4.2.3 La proposición económica deberá considerar el total de la cantidad requerida en pesos mexicanos, indicando la paridad/clave, descripción, cantidad, el "Precio Máximo de Referencia", el porcentaje de descuento, el cual le dará como resultado un "Precio Unitario con Descuento", subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo No. 5, el cual forma parte de la presente Convocatoria.</p> <p>4.2.4 Los porcentajes de descuento asentados en la proposición económica Anexo No. 5, deberán ser los mismos que se capturen en los parámetros económicos del sistema CompraNet.</p> <p>4.2.5 Los licitantes deberán indicar que el precio que resulte después de aplicar el porcentaje de descuento ofertado al Precio Máximo de Referencia "Precio Unitario con Descuento" será fijo durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos permita eliminar del Anexo No. 5, las partidas con las cuales no participaremos, ¿Se acepta?</p>	Se acepta como opción eliminar las partidas en las que no desee participar.	
154	3677	BIOMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2	4.3 Documentación legal-administrativa	Para la partida 2 (Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso), se solicita a la convocante que sea obligatorio incluir en la propuesta una carta de apoyo emitida por el fabricante del desfibrilador monitor ofertado. Lo anterior para asegurar la calidad y seriedad de la propuesta, así como el apoyo del fabricante para que el licitante pueda cumplir con los requerimientos de suministro y mantenimiento establecidos en la convocatoria. ¿Se acepta?	Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
155	3684	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	6	4.3 Documentación legal-administrativa	Se solicita a la convocante que se deba entregar carta conjunta con el fabricante, donde se manifieste que en caso de resultar adjudicado los equipos que se entregaran al Instituto serán nuevos, de reciente fabricación (del año en curso), con el fin de que garantizar la obtención de nueva tecnología, que sea duradera ¿Se acepta?	Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
156	3685	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	7	4.3 Documentación legal-administrativa	En caso de que el licitante se trate de distribuidor, se solicita a la convocante que se deba entregar carta de apoyo del fabricante, con requerido por la convocante se encuentra debidamente	Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
157	3686	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	8	4.3 Documentación legal-administrativa	Con el fin de garantizar que el Instituto contará con relaciones para los equipos adquiridos posterior al término de la garantía, se solicita a la convocante se deba entregar carta de fabricante en el manifiesto que mantendrá la existencia de relaciones durante un periodo mínimo de 5 (Cinco) años a partir del vencimiento de la garantía de los bienes motivo de la licitación. Así como en caso de que el modelo del equipo años la existencia de relaciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias se descontinúe, a notificarlo por escrito en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho ¿Se acepta?	descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
158	3718	INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.	4.	30.- Documentación legal-administrativa	Lo solicitado en el numeral 4.3.2. y el 4.3.7 no aplican a mi representada, ya que no ofertará bienes de origen nacional ni contenido nacional y tampoco se presentarán proposiciones en forma conjunta. Será suficiente presentar únicamente una hoja membretada indicando el punto con la leyenda "NO APLICA". Favor de aclarar	Id DEM. 3686, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el apartado IV.1 Mantenimiento del ANEXO 1 "Anexo Técnico, Términos y Condiciones", posterior al vencimiento de la garantía se deberá garantizar, durante un periodo mínimo de 7 (siete) años la existencia de relaciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas relaciones durante el periodo antes señalado, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEMM
159	3759	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	4.	30.- Documentación legal-administrativa	En caso de que los bienes ofertados por mi representada, no sean de origen nacional ¿Sera suficiente presentar el Anexo 06 con la leyenda en marca de agua que no nos aplica, adjuntando a este un escrito en el cual manifestemos que no aplica?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta el planteamiento. Sin embargo se precisa que los parámetros en CompraNet relacionados con esos numerales, se configuraron como opcionales.	DEMM
160	3760	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	5.	30.- Documentación legal-administrativa	Debido a que mi representada no cuenta con el carácter de MIPYMES ¿Sera suficiente presentar el Anexo 10 con la leyenda en marca de agua que no nos aplica, adjuntando a este un escrito en el cual manifestemos que no aplica?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.2 en CompraNet, se configuró como opcional.	DEMM
161	3761	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	6.	30.- Documentación legal-administrativa	En caso de que mi representada no participe de manera conjunta ¿Sera suficiente presentar el Anexo 12 con la leyenda en marca de agua que no nos aplica, adjuntando a este un escrito en el cual manifestemos que no aplica?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.7 en CompraNet, se configuró como opcional.	DEMM
162	4575	COMERLAT, S.A. DE C.V.	12.	30.- Documentación legal-administrativa	PREGUNTA: Solicitamos a la convocante que en caso de que algún manifiesto solicitado en este punto no nos aplique, bastara con presentarlo con la leyenda NO APLICA. ¿Se acepta?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta el planteamiento.	DEMM
163	4598	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11.	30.- Documentación legal-administrativa	4.3.4.3.2 Proposición Técnica En caso de que mi representada no oferte bienes producidos en Estados Unidos Mexicanos (Anexo 6) bastará para cumplir con este punto un escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que NO APLICA. ¿Se acepta nuestra petición?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.2 en CompraNet, se configuró como opcional.	DEMM
164	4599	DISTRIBUIDORA	12.	30.-	4.3.4.3.3 Proposición Técnica En atención a su solicitud de aclaración, resulta	En atención a su solicitud de aclaración, resulta	DEMM

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

61

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
173	4731	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	7.	30.- Documentación legal-administrativa	4.3.2 CONTENIDO NACIONAL. MI REPRESENTADA PARTICIPA CON BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA CUBRIR ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO 6 CON LA LEYENDA NO APLICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	bienes de importación, para cumplir con este punto se nos permitirá entregar un escrito en el cual indiquemos que este punto no aplica para mi representada ya que se ofertan bienes de importación ¿Es correcta mi apreciación?	
174	4741	SOLUCIONES MÉDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	2	4.3 Documentación legal-administrativa	Solicitamos atentamente a la convocante que para efectos de participación en la presente convocatoria, sea obligatoria Carta de Apoyo del Fabricante, lo anterior para garantizar el suministro de fábrica para bienes ofertados.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.2 en CompraNet, se configuró como opcional.	DEMM
175	4870	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	3.	30.- Documentación legal-administrativa	Anexo No. 6.- carta relativa al numeral 4.3.2 bienes nacionales. Los equipos que ofertaremos son de importación, para cumplir con este carta podemos realizar una carta informando que NO APLICA para mi representada. Es correcto?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.2 en CompraNet, se configuró como opcional.	DEMM
176	3691	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	13	5.2.9. Visitas a las instalaciones	En relación a Mastografía, la instalación del equipo NO incluye las memorias de cálculo de seguridad radiológica, por ser una actividad externa a la instalación ¿Es correcto?	Id DEM: 3691, Respuesta: Es correcta su interpretación. En la licitación LA-019GYR040-E8-2017 se solicita en el punto 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales que las visitas son obligatorias en solo dos partidas: Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PRI Clave AI Descripción 1 1169 531.055.0024.03.0 Angio arco monoplanar 19 1184 531.341.2487.03.0 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa mas no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien,	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
177	3692	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	14	5.2.9. Visitas a las instalaciones	Para Mastografía y de acuerdo con la convocatoria, corresponde al proveedor solamente adecuar la sala de mastografía existente ¿Es correcto?	tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto	DEM

Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme al Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
178	4612	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos Porcentajes	En lo relativo al cumplimiento de contratos, con fundamento en lo id DEM: 4612, Respuesta: No se acepta su solicitud. Los licitantes para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Segunda, Artículo Segundo denominado a "Lineamientos para la Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos deberá aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del considerar alguno de los documentos definidos en el	aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción1 11629 531.055.0024.03.01 Angiógrafo arco monoplano:19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
179	4652	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C. V.	5	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	<p>mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de Anexo No. 1.6 de la presente convocatoria para dicho contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y rubro, según corresponda a cada caso concreto, Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios debidamente referenciados para cada partida a ofertar y Relacionados con las Mismas"; el cual refiere que: "Para acreditar este siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a las partidas que amparan los citados documentos, en lo cual los bienes de la misma naturaleza entregados con anterioridad, así se puede verificar diversas opciones para el cumplimiento como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento correspondiente, la por el licitante.</p> <p>manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento." Solicitamos, sea aplicado dicho lineamiento y la convocante acepte también "cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento", y que brinde certeza jurídica del cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Se acepta?</p>	<p>Id DEM: 4652, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos.</p> <p>Dentro de la evidencia documental para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos no se requiere la presentación del contrato, en el entendido de que el otorgamiento de puntos en este Rubro, se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, debiendo presentar en este Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos alguno de los documentos definidos en el Anexo No. 1.6 de la presente convocatoria para dicho rubro, según corresponda a cada caso concreto, debidamente referenciados para cada partida a ofertar y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos.</p> <p>Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
180	4671	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	3	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Punto 1.2 Se solicita anablemente a la convocante indique ¿con qué documento o cómo se deberán acreditar las sucursales y centros de servicios de los licitantes para acreditar la totalidad de los puntos de este rubro?	relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria	DEM
181	4680	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	5	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Solicitamos a la Convocante nos indique en caso de participación conjunta, para acreditar toda la documentación en los Rubros de Puntos y Porcentajes, ¿Se puede presentar la documentación de ambas empresas?	Id DEM: 4680, Respuesta: Se acepta como opción que los licitantes que participen en el presente proceso licitatorio, en participación conjunta presente contratos y/o pedidos de las empresas licitantes que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente, para acreditar los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad. En consecuencia, para el otorgamiento de puntos en el Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o pedidos, se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.	DEM
182	4681	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	6	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	1. Declaraciones fiscales. Solicitamos a la convocante nos indique si se deben presentar las declaraciones obligatorias según el régimen fiscal, ya que en nuestro caso, por causa de nuestro régimen no estamos obligados en presentar declaraciones anuales, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4681, Respuesta: Es correcta su apreciación, la presentación de las Declaraciones Fiscales solicitadas en el subrubro 1.1 del Rubro 1.- Capacidad del licitante, no son obligatorias. Se determinará como "Proposición Solvente Técnicamente", aquella que como resultado obtenga una puntuación mínima de 37.5 puntos. Conforme a lo señalado en el numeral 5. CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARAN LAS PROPOSICIONES, señalados en la Convocatoria.	DEM
183	4682	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	7	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	2. Capacidad de asistencia técnica. Solicitamos a la Convocante nos indique si podemos colocar los números de centro de servicio del fabricante y/o distribuidor mayorista. Favor de indicar.	Id DEM: 4682, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del subrubro 1.2 del Rubro 1.- Capacidad del licitante, del Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa, deberá presentar el currículum del licitante, que deberá acompañar su propuesta técnica, en el cual se cuantificará la cantidad de Sucursales y Centros de Servicios con los que cuenta el licitante.	DEM
184	4683	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	8	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	7. No. de contratos. ¿Es suficiente presentar un contrato por año sin importar la vigencia o es necesario presentar varios contratos del mismo año para sumar un año de experiencia? Favor de indicar.	Id DEM: 4683, Respuesta: El número mínimo y máximo y/o pedidos requeridos se encuentra debidamente señalado en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa de la Convocatoria que nos ocupa, para el	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
185	4684	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	9	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	En relación a la descripción del equipo amparado en el contrato, ¿Están obligados a presentar los mismos equipos que están Licitando para obtener el puntaje?	subrubro 2.1 Experiencia. Conforme lo señalado en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa para el subrubro 2.1 Experiencia, se aclara que los contratos y/o pedidos de un mismo año no acumulan experiencia, por lo que en caso de presentar 2 contratos de un mismo año, sólo se contabilizará para este subrubro, un sólo año. De igual forma si presenta contratos plurianuales en los que se repita el año de otro de los contratos y/o pedidos presentados. Y Solo se contabilizarán los años de los contratos y/o pedidos que hayan sido considerados en el subrubro de Especialidad.	DEM
186	4685	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	10	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Acreditación de cumplimiento de contratos. Solicitamos a la Convocante nos indique si permite presentar tanto del sector público como del sector privado, carta de manifestación de cumplimiento de contrato emitida por nuestros clientes, donde señalen el número de contrato, vigencia y que se cumplió en tiempo y forma con las especificaciones del mismo, la carta estaría dirigida a la Convocante y contaría con los datos generales del Cliente para que la Convocante pueda validar la información, ¿Se acepta nuestra propuesta?	DEM Id DEM: 4684, Respuesta: Si es correcto. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad del Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa, se otorgarán puntos en función del tiempo en que los licitantes han suministrado bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación y en función de la verificación de que los bienes de los contratos y/o pedidos presentados en el subrubro anterior (2.1 Experiencia), sean de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Id DEM: 4685, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del cumplimiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes: "Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas; pudiendo presentar en un solo escrito varias fianzas.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
187	4695	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL, S.A. DE C.V.	2	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Se solicita amablemente a la convocante, aceptar y evaluar contratos y/o pedidos, fianzas canceladas, escrito de liberación de fianzas, comprobantes de entrega, facturas y remisiones de entrega como licitatorio referida en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación documentos probatorios de los rubros de experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos, a nombre de Philips Mexicana S.A. de C.V. y/o Philips Mexico Commercial, S.A. de C.V., ¿se acepta nuestra propuesta?	<p>b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante",</p> <p>c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad, mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha acta en todos los casos deberá estar acompañada de copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>O en el caso de ser: Privadas:</p> <p>a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>O</p> <p>b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los rubros de "Experiencia y Especialidad".</p> <p>Id DEM: 4695, Respuesta: No se acepta su solicitud. La documentación a ser considerada en el presente proceso licitatorio referida en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa deberá corresponder a la empresa participante.</p> <p>Se acepta como opción que los licitantes que participen en el presente proceso licitatorio, en participación conjunta presente contratos y/o pedidos de las empresas licitantes que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
188	4697	PHILIPS MÉXICO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	4	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Se solicita amablemente a la convocante, aceptar y evaluar contratos y/o pedidos, fianzas canceladas, escrito de liberación de fianzas, comprobantes de entrega, facturas y remisiones de entrega como documentos probatorios de los rubros de experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos, a nombre de Philips Mexicana S.A. de C.V. y/o Philips Mexico Commercial, S.A. de C.V., ¿se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4697, Respuesta: No se acepta su solicitud. La documentación a ser considerada en el presente proceso licitatorio referida en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa deberá corresponder a la empresa participantes. Se acepta como opción que los licitantes que participen en el presente proceso licitatorio, en participación conjunta presente contratos y/o pedidos de las empresas licitantes que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente.	DEM
189	4743	SOLUCIONES MÉDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	4	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Capacidad de asistencia técnica, Centros de Servicio. Pregunta: Se solicita a la convocante aclarar si en caso de participación conjunta se contabilizará los centros de servicio de cada uno de los integrantes.	Id DEM: 4743, Respuesta: Se aclara que se acepta como opción que los licitantes que participen en el presente proceso licitatorio, en participación conjunta presenten el currículum de las empresas que participen como licitantes y firmen el respectivo convenio de participación conjunta, como parte de su propuesta técnica, en el cual se cuantificará la cantidad de Sucursales y Centros de Servicios con los que cuenten los licitantes.	DEM
190	4744	SOLUCIONES MÉDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	5	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Capacidad de asistencia técnica, Centros de Servicio. Pregunta: Considerando que se cuenta con un centro de servicio centralizado, donde los ingenieros de servicio están estratégicamente distribuidos en la República Mexicana; solicitamos atentamente a la convocante nos acepte relacionar los puntos geográficos en los que se tiene personal capacitado como centros de servicio. Lo anterior con fundamento en que la mayor parte de reparaciones se realizan en sitio con lo que se garantiza la solución en menor tiempo en caso de falla.	Id DEM: 4744, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del subrubro 1.2 del Rubro 1.- Capacidad del licitante, del Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa, deberá presentar el currículum del licitante, que deberá acompañar su propuesta técnica, en el cual se cuantificará la cantidad de Sucursales y Centros de Servicios con los que cuente el licitante.	DEM
191	4745	SOLUCIONES MÉDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	6	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Experiencia y especialidad del licitante. Dice "Para acreditar la experiencia, la convocante verificará con la copia simple de los contratos o pedidos presentados..." Pregunta: Solicitamos a la convocante que para dar cumplimiento a este numeral, además de contratos y/o pedidos, acepte facturas fiscales. ¿Se acepta?	Id DEM: 4745, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar la experiencia, la convocante verificará con la copia simple de los contratos o pedidos presentados(s) el cumplimiento de los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.	DEM
192	4746	SOLUCIONES MÉDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	7	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Experiencia y especialidad del licitante. Dice "Bienes de iguales o similares características..." Pregunta: Se le solicita atentamente a la convocante, defina en el punto anterior que bienes podrá aceptar como "similares características". Favor de aclarar.	Id DEM: 4746, Respuesta: Se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación. Si requiere conocer una respuesta sobre un caso en particular de la documentación con la que cuenta el licitante, se le exhorta a ejercer su derecho de preguntar y plantear su pregunta específica.	DEM
193	4747	SOLUCIONES MÉDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	8	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	Experiencia y especialidad del licitante. Dice "Y/o a los volúmenes o condiciones similares". Pregunta: Se le solicita atentamente a la convocante, defina misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación. Si	Id DEM: 4747, Respuesta: Se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación. Si	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
194	4758	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	4	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	ANEXO 1.6 RUBRO 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN DICHO RUBRO, BASTARA CON PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS UNA SOLA VEZ, REFERENCIANDO DEBIDAMENTE AMBOS NUMERALES.	requiere conocer una respuesta sobre un caso en particular de la documentación con la que cuenta el licitante, se le exhorta a ejercer su derecho de preguntar y plantear su pregunta específica. Id DEM: 4758, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Complanet por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos.	DEM
195	4759	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	5	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	ANEXO 1.6 RUBRO 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO SE NOS PERMITA PRESENTAR DICHA DOCUMENTACIÓN POR FAMILIA O PRODUCTO SIMILAR, EN EL CASO DE QUE SE OFERTEN BIENES DE IGUALES CARACTERÍSTICAS EN PARTIDAS DISTINTAS, REFERENCIANDO DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACIÓN A LA PARTIDA QUE PERTENECE.	Id DEM: 4759, Respuesta: No se acepta su solicitud de presentar contratos o pedidos por familia o por producto similar. Para acreditar el requisito de Experiencia y Especialidad deberá presentar contratos y/o pedidos de bienes de iguales o similares características a los bienes convocados, de acuerdo a la partida en la que pretenda participar.	DEM
196	4760	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	6	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	ANEXO 1.6 RUBRO 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS Y/O PEDIDOS DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA A LAS SOLICITADAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO RUBRO, SE PUEDE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LAS PARTIDAS: 3, 4, 5, 6 Y 7 CENTRALES DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS ¿SE ACEPTA PRESENTAR CONTRATOS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES? Y VICEVERSA PARA LAS PARTIDAS 30, 31 Y 32. ESTO EN EL ENTENDIDO DE QUE AMBOS EQUIPOS, SE UTILIZAN PARA LA MEDICION DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS.	Id DEM: 4760, Respuesta: Se acepta como opción para acreditar la documentación solicitada en el rubro 2. Experiencia y Especialidad, presentar contratos o pedidos donde la descripción de los bienes que amparen dichos instrumentos legales, señale monitor de signos vitales para las partidas 3, 4, 5, 6 y 7 y centrales de monitoreo para múltiples camas para las partidas 30, 31 y 32.	DEM
197	4761	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	7	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	ANEXO 1.6 RUBRO 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS Y/O PEDIDOS DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA A LAS SOLICITADAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO RUBRO, SE PUEDE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA PARTIDA: 12 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) ¿SE ACEPTA PRESENTAR CONTRATOS DE ELECTROENCEFALOGRAFOS? Y VICEVERSA PARA LA PARTIDA 11. ESTO EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS 2 FUNCIONAN COMO	Id DEM: 4761, Respuesta: No es correcta su apreciación y por tanto no se acepta su solicitud, en virtud de que dichos bienes no son de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares entre ellos en las partidas a las que hace referencia de conformidad con lo requerido en el anexo 1.6 de la convocatoria	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
198	4762	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	8	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	EQUIPOS DE NEURODIAGNOSTICO. ANEXO 1.6 RUBRO 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, BASTARA CON PRESENTAR UNICAMENTE LA CARATULA, HOJA DE FORMALIZACIÓN (FIRMAS), HOJA DE VIGENCIA, ASI COMO EL ANEXO DONDE APAREZCA LA DESCRIPCIÓN DE BIEN SIMILAR A OFERTAR DE LOS CONTRATOS, SIN PRESENTAR EL CUERPO COMPLETO DEL MISMO, A FIN DE HACER MAS EFICIENTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN EN EL ENTENDIDO QUE A VECES LOS CONTRATOS SON DE MAS DE 100 HOJAS.	Id DEM: 4762, Respuesta: Para el Rubro 2. Experiencia y Especialidad del Licitante, se acepta como opción escanear y enviar únicamente las partes o secciones siguientes requisitos: a) Nombre del licitante. b) Nombre de la dependencia o institución con la que suscribió el contrato o pedido. c) Descripción detallada de los bienes adjudicados. d) Fecha de formalización del Contrato o pedido. e) Contrato o pedido firmado por el servidor público y por el representante de la empresa licitante. f) Vigencia del contrato o pedido. Asimismo, la información que acredite este Rubro, deberá ser legible, debidamente referenciada en cada contrato o pedido. En caso de que la información contenida en los contratos o pedidos no cumpla con los requisitos solicitados, no serán tomados en cuenta.	DEM
199	4783	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	9	5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes	ANEXO No. 1.6 DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, en caso de participación conjunta, ¿Deberemos incluir en el mismo renglón la información referente a Declaraciones Fiscales, Personal c/Discapacidad, Participación de MIPYMES, Políticas y Prácticas de Igualdad, No de Contratos y/o Pedidos, etc., indicando la información presentada por cada una de las empresas que participan de manera conjunta?	Id DEM: 4783, Respuesta: Los licitantes en participación conjunta que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente, podrán incluir en el mismo renglón o en renglón separado, la información de la documentación que acredite los subrubros del Rubro 1.- Capacidad del Licitante de todas las empresas licitantes que firmen el referido Convenio. Asimismo se acepta como opción que los licitantes que participen en el presente proceso licitatorio, en participación conjunta presente contratos y/o pedidos de las empresas licitantes que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente, para acreditar los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad. En consecuencia, para el otorgamiento de puntos en el Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.	DEM
200	3488	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	6	5.1.1 Técnica Evaluación	3.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS CON DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES PUBLICAS: a) FIANZAS CANCELADAS Y b) ESCRITO DE LIBERACION DE FIANZAS. DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO EN QUE NOS LIBERAN UNA FIANZA AL MISMO TIEMPO NOS LA DEVUELVEN EN ORIGINAL Y A SU VES ESTA ES CANCELADA EN LA AFIANZADORA	Id DEM: 3488, Respuesta: La documentación solicitada para la acreditación del Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos se requiere sea con fecha anterior a la fecha del Acto de Presentación de Propuestas programada en la Convocatoria del presente proceso licitatorio.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
201	3551	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL XL1, S. DE R.L. DE C.V.	1	5.1.1 Evaluación Técnica	CORRESPONDIENTE: SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE NO IMPORTA QUE LA FECHA DE DICHOS ESCRITOS DE LIBERACION Y CANCELACION SEAN DE FECHAS ANTERIORES A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. SE ACEPTA?	Id DEM: 3551, Respuesta: Los Criterios de Evaluación Técnico Administrativos contenidos en el Anexo 1.6 de la presente Convocatoria se encuentran definidos en atención a la Normatividad en la materia, entre la cual figuran los criterios mencionados por el licitante.	DEM
202	3693	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	15	5.2.9. Visitas a las instalaciones	Para las salas de mastografía existentes, en caso de no existir el vestidor ¿Hay que colocarlo?	Id DEM: 3693, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a instalaciones" del Anexo. No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 1 11629 531.055.0024.03.01 Angiografía monoplanar.19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
203	3699	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	2	5.1.1 Evaluación Técnica	B) ANEXO NO. 1.6 CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA" 1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE 1.2 CAPACIDAD PARA ASISTENCIA TÉCNICA PREGUNTA: EL LICITANTE ADJUDICADO TIENE LA CAPACIDAD DE BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ZONA METROPOLITANA Y EN CUALQUIER DESTINO AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA CON PREVIA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO SIN SER UN FACTOR DETERMINANTE EL CENTRO DE SERVICIO Y LAS SUCURSALES CON LAS QUE CUENTA. A ESTE TENOR, NO EXISTE FUNDAMENTO LEGAL PARA ACREDITAR CUANTITATIVAMENTE EL SUB RUBRO EN CUESTIÓN YA QUE SE CUANTITATIVAMENTE EL SUB RUBRO EN CUESTIÓN YA QUE SE ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE REQUERIR EL CERTIFICADO QUE ACREDITA QUE EL LICITANTE ESTÁ AUTORIZADO A BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ISO 9001:2008).	tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviene únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEM
204	3700	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	3	5.1.1 Evaluación Técnica	B) ANEXO NO. 1.6 CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA" PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE: CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA" (ANEXO 1.6)= 25 PUNTOS CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO-MÉDICA" (ANEXO 1.5) = 25 PUNTOS. A ESTE TENOR, LA PROPOSICIÓN SOLVENTE SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS DE AMBOS EVALUACIONES: 37.5 PUNTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APELACIÓN?	Id DEM: 3699, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del subrubro 1.2 del Rubro 1.- Capacidad del licitante, del Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa, deberá presentar el currículum del licitante, que deberá acompañar su propuesta técnica, en el cual se cuantificará la cantidad de Sucursales y Centros de Servicios con los que cuenta el licitante. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente fundado en el ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas vigente.	DEM
205	3701	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	4	5.1.1 Evaluación Técnica	B) ANEXO NO. 1.6 CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA" 1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE 1.4 MIPYME CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PREGUNTA: LAS LICITACIONES PERMITEN LA PARTICIPACIÓN DE FABRICANTES UNIDADES PORCENTUALES EN DIVERSOS RUBROS Y SUBRUBROS, ASÍ COMO DE DISTRIBUIDORES. ASIMISMO, EL CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. A ESTE TENOR, SE SEÑALA QUE ESTE SUB RUBRO ÚNICAMENTE BENEFICIA A AQUELLOS FABRICANTES regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y	Id DEM: 3700, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se entenderá una proposición solvente técnicamente a aquella propuesta que en el Resultado de la sumatoria de los puntos destinados en la Evaluación Técnico Médica (25 puntos) y Evaluación Técnico Administrativa (25 puntos) obtenga un total de al menos 37.5 puntos. Favor de atender la precisión correspondiente sobre este punto. Favor de atender las Precisiones Técnicas. Id DEM: 3701, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo anterior de conformidad con los criterios definidos en la "Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
206	3702	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	5	5.1.1 Evaluación Técnica	CAPACES DE PRODUCIR BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) SIENDO LIMITATIVO PARA DISTRIBUIDORES QUE OFERTAN BIENES DE IMPORTACIÓN. B) ANEXO NO. 1.6 CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA" 1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE 1.5 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, EL CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA ESTE SUB RUBRO PERMITA ACREDITAR CON CUALQUIER DOCUMENTO Y/O ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE QUE LA EMPRESA CUENTA CON POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.	Id DEM: 3702, Respuesta: No se acepta su solicitud Lo anterior de conformidad con los criterios definidos en la "Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas" emitidos por la Secretaría de la Función Pública vigentes.	DEM
207	3703	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	6	5.1.1 Evaluación Técnica	B) ANEXO NO. 1.6 CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA" 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.1 EXPERIENCIA. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS EN ESTE SUB RUBRO CUYO OBJETIVO ES EVALUAR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PERIODO DE TIEMPO ESTABLECIDO EN LAS BASES A FIN DE QUE EL LICITANTE COMPROBE DICHA EXPERIENCIA POR MEDIO DE LOS CONTRATOS REQUERIDOS SIN SER LIMITANTE LA CANTIDAD DE CONTRATOS DE BIENES SIMILARES PRESENTADOS POR AÑO Y/O AÑOS DE EXPERIENCIA.	Id DEM: 3703, Respuesta: No se acepta su solicitud Lo anterior de conformidad con los criterios definidos en la "Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas" emitidos por la Secretaría de la Función Pública vigentes.	DEM
208	3704	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	7	5.1.1 Evaluación Técnica	B) ANEXO NO. 1.6 CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA" 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.2. ESPECIALIDAD PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS EN ESTE SUB RUBRO CUYO OBJETIVO ES EVALUAR LA "ESPECIALIDAD DE BIENES SIMILARES A LOS REQUERIDOS" A TRAVÉS DE LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PERIODO DE TIEMPO ESTABLECIDO EN LAS BASES A FIN DE QUE EL LICITANTE COMPROBE DICHA ESPECIALIDAD POR MEDIO DE LOS CONTRATOS REQUERIDOS SIN SER LIMITANTE LA CANTIDAD DE BIENES SIMILARES PRESENTADOS POR AÑO Y/O AÑOS DE EXPERIENCIA. A ESTE TENOR, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN ESTE SUB RUBRO SERÁN LOS MISMOS QUE LOS PRESENTADOS EN EL SUB RUBRO 2.1 EXPERIENCIA?	Id DEM: 3704, Respuesta: No es correcta su apreciación y no se acepta su solicitud de ampliación del periodo, el número mínimo y máximo y el periodo de los años que acrediten los contratos y/o pedidos requeridos que se encuentran debidamente señalado en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa de la Convocatoria que nos ocupa, para los subrubros 2.1 experiencia y 2.2 Especialidad, permiten una mayor participación de la proveeduría existente. Es correcto entender que los contratos o pedidos que sean presentados para el subrubro de 2.1 Experiencia, puedan ser los mismos para el 2.2 Especialidad, sin dejar de considerar el número mínimo y máximo de contratos solicitados para cada subrubro 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad para la obtención del total de puntajes a otorgar.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
209	3713	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	1	5.1.1 Técnica	B) ANEXO NO. 1.6 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.1 EXPERIENCIA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS AÑOS DE LOS CONTRATOS PARA CREDITAR EXPERIENCIA EN EL CAMPO. ASI MISMO, SE SOLICITA QUE LOS CONTRATOS DE UN MISMO AÑO SEAN CONSIDERADOS YA QUE ESTO DEMUESTRA MAYOR EXPERIENCIA DE PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 3713, Respuesta: No es correcta su apreciación y no se acepta su solicitud de ampliación del número mínimo y máximo y el periodo de los años que acreditan los contratos y/o pedidos requeridos que se encuentran debidamente señalados en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa de la Convocatoria que nos ocupa, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, lo cual permite una libre participación de la proveeduría existente. Asimismo no se acepta su solicitud de considerar contratos/pedidos de un mismo año para el subrubro 2.1 Experiencia. Conforme lo señalado en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa para el subrubro 2.1 Experiencia, se aclara que los contratos y/o pedidos de un mismo año no acumulan experiencia, por lo que en caso de presentar 2 contratos de un mismo año, sólo se contabilizará para este subrubro, un sólo año. De igual forma si presenta contratos plurianuales en los que se repita el año de otro de los contratos y/o pedidos presentados. Y Solo se contabilizarán los años de los contratos y/o pedidos que hayan sido considerados en el subrubro de Especialidad.	DEM
210	3714	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	2	5.1.1 Técnica	B) ANEXO NO. 1.6 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.2 ESPECIALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS AÑOS DE LOS CONTRATOS PARA CREDITAR ESPECIALIDAD EN EL CAMPO. ASI MISMO, SE SOLICITA QUE LOS CONTRATOS DE UN MISMO AÑO SEAN CONSIDERADOS YA QUE ESTO DEMUESTRA MAYOR ESPECIALIDAD DE PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 3714, Respuesta: No se acepta su solicitud de ampliación del periodo de los años que acreditan los contratos y/o pedidos requeridos que se encuentran debidamente señalados en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa de la Convocatoria que nos ocupa, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, lo cual permite una libre participación de la proveeduría existente. Se acepta como opción, presentar contratos de un mismo año para acreditar lo solicitado en el subrubro 2.2 Especialidad, siempre que los bienes de los contratos y/o pedidos sean de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación y correspondan al periodo de años establecido para tal efecto.	DEM
211	3739	MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.	5	5.1.1 Técnica	ANEXO NO. 1.6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.- INSTRUCTIVO DE LLENADO.- (9) Favor de atender la precisión correspondiente sobre este punto. DEBERÁ ASENTAR LOS BIENES AMPARADOS EN EL CONTRATO. DICE Y/O PEDIDO PRESENTADOS EN LOS CRITERIOS DE	Id DEM: 3739, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender la precisión correspondiente sobre este punto.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
212	3740	MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.	6	5.1.1 Evaluación Técnica	<p>"EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVA", LOS CUALES DEBERÁN SER IGUALES O SIMILARES A LOS OFERTADOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO 1, PARTIDA 17-LAMPARA QUIRURGICA DOBLE; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR CONTRATOS Y/O PEDIDOS PARA LOS CRITERIOS DE "EVALUACION TECNICA-ADMINISTRATIVA", DE BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS OFERTADOS PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, MISMO QUE AVALAN NUESTRA EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CADA UNO DE ELLOS Y CON ESTO GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES Y CUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES CON CADA UNA DE LAS AREAS USUARIAS, OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>CRITERIOS DE "EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVA" DICE: 2.1 EXPERIENCIA SE REFIERE AL OTORGAMIENTO DE PUNTOS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO EN QUE LOS LICITANTES HAN SUMINISTRADO BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y/O A LOS VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, LA CONVOCANTE VERIFICARÁ CON LA COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS PRESENTADOS, Y CUANTIFICARÁ EL TIEMPO EN AÑOS EN QUE EL LICITANTE HA SUMINISTRADO A DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES O PARTICULARES BIENES DE IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LOS OFERTADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA AVALAR NUESTRA EXPERIENCIA Y ESPECÍFICAMENTE DEL ANEXO 1, PARTIDA 17-LAMPARA QUIRURGICA DOBLE; SE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS Y/O PEDIDOS DE "EQUIPO MEDICO GENERAL" SUMINISTRADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES; Y CON ESTO DAR CONSTANCIA DE NUESTRA EXPERIENCIA Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CON LA PUESTA Y MARCHA DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Id DEM: 3740, Respuesta: No es correcta su apreciación y No se acepta su solicitud de aceptar contratos de "EQUIPO MEDICO GENERAL", toda vez que los bienes de los contratos y/o pedidos presentados para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad deberán ser de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación y correspondan al periodo de años establecido para tal efecto.</p>	DEM
213	3747	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	1	5.1.1 Evaluación Técnica	<p>ANEXO No. 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa 2.- Experiencia y especialidad del licitante (Hasta 7 puntos) 2.1 Experiencia Se refiere al otorgamiento de puntos en función del tiempo en que los licitantes han suministrado bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Para acreditar la experiencia, la convocante verificará con la copia simple de los contratos o pedidos presentados, y cuantificará el tiempo en años en que el licitante ha suministrado a</p>	<p>Id DEM: 3747, Respuesta: No es correcta su apreciación. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación. Nota: Solo se contabilizarán los años de los contratos que hayan sido considerados en el Subrubro de Especialidad. Entendemos que para el caso de clientes particulares para dar cumplimiento a lo solicitado en el numeral, bastara con presentar Órdenes de Compra con firma y sello de nuestro cliente en original. ¿Es correcta nuestra apreciación?		
214	3765	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	10	5.1.1 Evaluación Técnica	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante que para cumplir con el punto 2.1 Experiencia nos permita presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación. ¿Se acepta?	Id DEM: 3765, Respuesta: No se acepta su solicitud de presentar facturas para el subrubro 2.1 Experiencia. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	DEM
215	3766	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	11	5.1.1 Evaluación Técnica	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante que para cumplir con el punto 2.2 Especialidad nos permita presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. ¿Se acepta?	Id DEM: 3766, Respuesta: No se acepta su solicitud de presentar facturas para el subrubro 2.2 Especialidad. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	DEM
216	3767	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	12	5.1.1 Evaluación Técnica	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante que para cumplir con el punto 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos nos permita presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación. ¿Se acepta?	Id DEM: 3767, Respuesta: No es correcta su apreciación por tanto, no se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes: "Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito fianzas o b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
217	3768	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	13	5.1.1 Técnica	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para cumplir con el punto 2.1 Experiencia se puede presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o con particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación.	correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", o c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha acta en todos los casos deberá estar acompañada de copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios. O en el caso de ser: Con Instituciones Privadas: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerara la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.	DEM
218	3769	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	14	5.1.1 Técnica	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para cumplir con el punto 2.2 Especialidad se puede presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones y/o con instituciones Privadas.	Id DEM: 3768, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta presentar facturas para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
219	3770	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	15	5.1.1 Evaluación Técnica	particulares, bienes de la misma naturaleza, características a los ofertados en la presente licitación. características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para cumplir con el punto 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos se puede presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación.	Id DEM: 3770, Respuesta: No es correcta su apreciación. Para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes: "Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas; pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas, o b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante". o c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios. O en el caso de ser Privadas: Con a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
220	3771	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	16	5.1.1 Técnica	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Punto 2.1 Experiencia, la convocante verificará con la copia simple de contrato(s) y/o pedido(s) presentado(s), y cuantificará el tiempo en años en que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación. Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que copia simple de contrato(s) y/o pedido(s) equivale a copia simple de contrato(s) y/o factura (s).	ocular los precios. b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocular los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.	DEM
221	3772	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	17	5.1.1 Técnica	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Punto 2.2 Especialidad, la convocante cuantificará con el número de contratos o pedidos presentados, en los que se verifique que el licitante ha suministrado a cualquier dependencia y/o institución y/o particular, bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que copia simple de contrato(s) y/o pedido(s) equivale a copia simple de contrato(s) y/o factura (s).	ocular los precios. b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocular los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.	DEM
222	3773	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	18	5.1.1 Técnica	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Punto 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos Experiencia, la convocante cuantificará la cantidad de contratos y/o pedidos cumplidos por el licitante en los rubros de "Experiencia y Especialidad del Licitante". Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que copia simple de contrato(s) y/o factura (s) equivale a copia simple de contrato(s) y/o factura (s).	ocular los precios. b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocular los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
223	3780	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	1	5.1.1 Evaluación Técnica	Anexo 1.6 Solicitamos a la Convocante se sirva confirmar que es Id DEM: 3780, Respuesta: Para estar en posibilidad de admisible presentar, para efectos de cumplir con los criterios de evaluación técnico administrativa 2.1, 2.2 y 3.1, contratos suscritos por el nombre de la razón social que dice ser preexistente y una sociedad preexistente en el entendido de que la Sociedad el nombre de la razón social participante, lo cual debe participante es continuadora de dicha sociedad preexistente y además estar debidamente acreditado mediante el acta	<p>escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un solo escrito varias fianzas,</p> <p>O</p> <p>b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante".</p> <p>O</p> <p>c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>O</p> <p>en el caso de ser Privadas:</p> <p>a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>O</p> <p>b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
224	3781	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	2	5.1.1 Evaluación Técnica	pertenece al mismo grupo corporativo. ¿Es correcta nuestra apreciación? Anexo 1.6 Para efectos de cumplir con los criterios de evaluación técnico administrativa 2.1, 2.2 y 3.1, entendemos que el número mínimo de contratos y/o pedidos formalizados deben pertenecer a la misma naturaleza de los bienes requeridos en la presente convocatoria. ¿Es correcta nuestra apreciación?	constitutiva de modificación correspondiente. Id DEM: 3781, Respuesta: Su apreciación es parcialmente correcta. Los bienes que amparen los contratos y/o pedidos presentados para acreditación de los rubros de 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad deberán ser de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Dentro de la evidencia documental para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos no se requiere la presentación del contrato, en el entendido de que el otorgamiento de puntos en este Rubro, se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.	DEM
225	4588	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	5.1.1 Evaluación Técnica	Anexo No. 1.6 Criterios de Evaluación Técnico - Administrativa Para acreditar la experiencia y especialidad, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar Contratos y/o Pedidos de características similares para permitir la libre participación y dar cumplimiento al citado rubro. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4588, Respuesta: No se acepta su solicitud y no se acepta presentar contratos y/o pedidos de todo tipo de equipo médico. Para acreditar el requisito de los subrubros Experiencia y Especialidad deberá presentar contratos y/o pedidos de bienes de iguales o similares características a los bienes convocados, de acuerdo a la partida en la que pretenda participar, deberán ser de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación.	DEM
226	4607	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	6	5.1.1 Evaluación Técnica	Rubro 2, Inciso 2.1 Criterios de Evaluación "Técnico-Administrativa" ¿Se pueden presentar de cada contratos únicamente las partes relevantes de cada uno de ellos, como lo indican en los últimos párrafos de Criterios de Evaluación "Técnico-Administrativa. esto con el fin de hacer menos pesada y agil la carga, revisión y descarga en el compranet de los documentos solicitados	Id DEM: 4607, Respuesta: Para el Rubro 2. Experiencia y Especialidad del Licitante, se acepta como opción escanear y enviar únicamente las partes o secciones siguientes: a) Nombre del licitante b) Nombre de la dependencia o institución con la que suscribió el contrato o pedido c) Descripción detallada de los bienes adjudicados d) Fecha de formalización del Contrato o pedido e) Contrato o pedido firmado por el servidor público y por el representante de la empresa licitante f) Vigencia del contrato o pedido Asimismo, la información que acredite este Rubro, deberá ser legible, debidamente referenciada en cada contrato o pedido.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
227	4608	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	7	5.1.1 Técnica	Rubro 2, Inciso 2.1 Criterios de Evaluación "Técnico-Administrativa" ¿Para la comprobación de la experiencia, se pueden presentar los contratos referenciando varias partidas en un mismo contrato, por familia?	En caso de que la información contenida en los contratos o pedidos no cumpla con los requisitos solicitados, no serán tomados en cuenta. Id DEM: 4608, Respuesta: No se acepta su solicitud de presentar contratos o pedidos por familia. Para acreditar el requisito de Experiencia y Especialidad deberá presentar contratos y/o pedidos de bienes de iguales o similares características a los bienes convocados, de acuerdo a la partida en la que pretenda participar.	DEM
228	4609	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	8	5.1.1 Técnica	Rubro 2, Inciso 2.1 Criterios de Evaluación "Técnico-Administrativa" Para la comprobación de la especialidad, se pueden repetir tres de los contratos presentados para Experiencia. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4609, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en CompraNet por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente lo solicitado en el Anexo 1.6 y las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema CompraNet denominada "1.3.4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria	DEM
229	4610	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	9	5.1.1 Técnica	Rubro 2, Inciso 2.2 Criterios de Evaluación "Técnico-Administrativa" Para la comprobación de la especialidad, se pueden repetir tres de los contratos presentados para Experiencia. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4610, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en CompraNet por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente lo solicitado en el Anexo 1.6 y las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema CompraNet denominada "1.3.4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria	DEM
230	4611	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	10	5.1.1 Técnica	Rubro 2, Inciso 2.1 y 2.2 Criterios de Evaluación "Técnico-Administrativa" En caso de participar como distribuidor de algunas partidas y para cumplir cabalmente con los Rubros de Experiencia y	Id DEM: 4611, Respuesta: No se acepta su solicitud. Los contratos y/o pedidos que presente deberán estar formalizados (signados) por el representante legal de la	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					Especialización ¿Se pueden presentar contratos o facturas a nombre del Distribuidor primario o Fabricante, siempre y cuando sean equipos iguales o similares a los solicitados?	empresa licitante.	
231	4634	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	10	5.1.1 Técnica	En relación al acto de demostración. ¿Debemos entender que durante este acto la convocante realizará verificación de los aspectos listados en el numeral 5.2.8 de la convocatoria cuando resulten aplicables en relación a la cédula descriptiva del bien convocado y las características ofertadas por el licitante? En caso contrario favor de aclarar.	Id DEM: 4634, Respuesta: No es correcta su apreciación. La demostración de la descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, incluyendo la marca(s) y modelo(s) y el software en español, será efectuada por el licitante o quien este designe y la verificación ocular de las mismas la realizará el Área Técnica, bajo el entendido que el licitante o quien este designe, demostrará sobre el bien presentado aquellas descripciones técnicas ofertadas en la "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" Anexo No. 1.2, incluyendo la(s) marca(s) y modelo(s) y en su caso del software en español, lo cual no implicará la apertura del bien en cuestión o acceder a componentes internos electrónicos y/o mecánicos y/o eléctricos o de cualquier otra índole, en cuyo caso bastará con la manifestación expresada del licitante durante el evento. Para aquellas características que impliquen la demostración de dimensiones o unidades de medición de acuerdo a lo solicitado en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo", el licitante o quien este designe, deberá presentar y utilizar sus propios instrumentos o dispositivos de medición ex profeso para ello, para lo cual deberá tomar en cuenta las pruebas indicadas en el numeral 5.2.8 de la presente convocatoria (según sea el caso). Haciendo hincapié que corresponderá al licitante o quien este designe, realizar las interconexiones, toma de lecturas, configuración y/o cualquier otra acción que deba efectuar, entre el instrumento o dispositivo de medición y el bien presentado para la demostración correspondiente. Adicionalmente el licitante deberá considerar las pruebas y metodologías descritas en el numeral 5.2.8 que apliquen.	DEM
232	4635	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	11	5.1.1 Técnica	En relación al acto de demostración A efectos de realizar las lecturas como se indica en el inciso c) del numeral 5.2.8. ¿Debemos entender que el Instituto asegurará la disponibilidad de elementos necesarios para la operación de los equipos tales como corriente, disponibilidad de tierra física, y control de temperatura?	Id DEM: 4635, Respuesta: No es correcta su apreciación. Corresponderá al licitante o quien este designe, realizar las interconexiones, toma de lecturas, configuración y/o cualquier otra acción que deba efectuar, entre el instrumento o dispositivo de medición y el bien presentado para la demostración correspondiente. Se precisa que el Instituto contará únicamente con energía eléctrica 127 V a 60 Hz para la operación de los equipos.	DEM
233	4645	GENESIS	21	5.1.1	Evaluación a) Anexo 1.5 Según lo establece el "ACUERDO por el que se emiten	Id DEM: 4645, Respuesta: Con relación a su pregunta en	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
		HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.		Técnica	diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y el inciso a), se aclara que el total de las características servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas" señaladas en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción publicado en el D.O.F. el jueves 9 de septiembre de 2010, y de manera de cada partida, considerando las específicas en su capítulo segundo denominado "De los lineamientos modificaciones que deriven de la o las juntas de para a aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través aclaraciones, son obligatoria y equivalen todas ellas, en del Mecanismo de puntos y Porcentajes en los procedimientos de conjunto a 25 puntos, asignados para la Evaluación de contratación", sección SEGUNDA correspondiente a "Bienes Muebles", las Características Técnico - Médicas del bien, conforme se establecen cuatro Rubros a considerar en la aplicación de este a lo señalado en el lineamiento Octavo de los mecanismo: Características del bien o bienes objeto de la propuesta Lineamientos para la Aplicación del Criterio de técnica. Con puntuación asignada a características técnicas. Con rango Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de entre 20 a 25 puntos En el Anexo 1.5 la convocante indica que una Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de propuesta será declara solvente cuando cumpla 25 puntos, y que este Contratación. puntaje será alcanzado cuando se cumpla con "con todas y cada una de las características solicitadas", sin embargo, no se indica el puntaje para cada característica como lo indica el documento publicado en el incumplimiento de alguna de las características con relación a su pregunta en el inciso b) ante el DOF el 9 de septiembre de 2010. A partir de lo anterior solicitamos a la identificadas como obligatoria la proposición será convocante aclarar: ¿Asignará la convocante puntaje a cada una de las desechada. características solicitadas en la convocatoria, sus anexos y las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones? En caso Asimismo se aclara que se determinará como afirmativo solicitamos indicar el puntaje asignado a cada característica. "Proposición Solvente Técnicamente", aquella que como ¿Será declarada como solvente una proposición que no cumpla con resultado obtenga una puntuación mínima de 37.5 puntos, conforme a lo señalado en el numeral 5. todas y cada una de las características convocadas en la convocatoria, CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS sus anexos y las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones? CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES, señalados en la Convocatoria		DEM
234	4646	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	22	5.1.1 Técnica	Anexo 1.6 Según lo establece el "ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas" fundado en el "ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas" publicado en el D.O.F. el jueves 9 de septiembre de 2010, y de manera específica en su capítulo segundo denominado "De los lineamientos arrendamientos y servicios y de obras públicas y para a aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través servicios relacionados con las mismas, publicado en el del Mecanismo de puntos y Porcentajes en los procedimientos de D.O.F. el jueves 9 de septiembre de 2010, para a aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través servicios relacionados con las mismas, publicado en el del Mecanismo de puntos y Porcentajes en los procedimientos de D.O.F. el jueves 9 de septiembre de 2010, se establecen cuatro Rubros a considerar en la aplicación de este CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y Y mecanismo: Características del bien o bienes objeto de la propuesta ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES, en la parte técnica. Con puntuación asignada a características técnicas. Con rango que establece lo siguiente: SEGUNDA DE ADQUISICIONES Y Y participación de MYPIMES que produzcan bienes con innovación ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES tecnológica. Con rango entre 5 a 15 puntos. Experiencia y especialidad OCTAVO.- En los procedimientos de contratación para la del licitante. Con rango entre 5 a 15 puntos. Cumplimiento de contratos, adquisición o arrendamiento de bienes muebles, la del licitante. Con rango entre 10 a 20 puntos. Sin embargo, la convocante incluye en convocante deberá asignar la puntuación o unidades el apartado relativo a la "Capacidad del licitante" la oferta de extensión porcentuales de conformidad con lo siguiente: de garantía, cuando esta característica no forma parte de la capacidad ... del licitante sino de las características del bien ofertado. Por lo anterior, "En el caso de que la convocante determine evaluar		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
235	4647	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	23	5.1.1 Evaluación Técnica	solicitamos a la convocante modificar este punto. ¿Se acepta nuestra propuesta? En caso contrario favor de fundar y motivar su respuesta. Anexo 1.6 ¿Debemos entender que con la investigación de marcado realizada, la convocante verificó la existencia de al menos 5 posibles licitantes capaces de cumplir con los contratos y años de experiencia solicitados, lo anterior en concordancia con los indicado por el documento denominado "TU-01/2012 Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas" expedido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública el 9 de enero de 2012?	características o condiciones adicionales a las mínimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro los subrubros: 1) Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el funcionamiento del bien, y	DEM
236	4663	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	5	5.1.1 Evaluación Técnica	En referencia a los criterios de evaluación técnico-administrativa, subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad del licitante, entendemos que al referirse a "bienes de la misma naturaleza", se nos permitirá entregar contratos de equipos destinados al mismo propósito, es decir, aceptar contratos por mesas de cirugía donde se solicitan lámparas de cirugía, ya que son bienes de la misma naturaleza y que se instalan en el mismo sitio (proposito quirúrgico), ¿es correcta esta apreciación?	Id DEM: 4663, Respuesta: No es correcta su apreciación y por tanto no se acepta su solicitud, en virtud de que dichos bienes no son de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares entre ellos en las partidas a las que hace referencia de conformidad con lo requerido en el Anexo 1.6 de la convocatoria	DEM
237	4664	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	6	5.1.1 Evaluación Técnica	En referencia a los criterios de evaluación técnico-administrativa, subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad del licitante, entendemos que serán aceptados las copias de contratos de equipo médico por volúmenes similares o superiores a los solicitados en las partidas de interés, ¿es esto correcto?	Id DEM: 4664, Respuesta: No es correcta su apreciación y No es correcto entender que se aceptarán copias de contratos de "equipo médico" en general, toda vez que los bienes de los contratos y/o pedidos presentados para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad deberán ser de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación y correspondan al periodo de años establecido para tal efecto.	DEM
238	4665	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	7	5.1.1 Evaluación Técnica	En referencia a los criterios de evaluación técnico-administrativa, subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad del licitante, entendemos que al referirse a "volúmenes y condiciones", se nos permitirá entregar contratos o facturas de equipo médico inventariable por similares a los de nuestra propuesta en cada partida de interés en la presente convocatoria, ¿es correcto?	Id DEM: 4665, Respuesta: No es correcta su apreciación y No es correcto entender que se aceptarán copias de contratos o facturas de equipo médico inventariable por montos similares, toda vez que los bienes de los similares a los de nuestra propuesta en cada partida de interés en la convocatoria, ¿es correcto?	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
239	4723	RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2	5.1.1 Técnica	1.6.- RUBRO 2, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS, ACLARE SI PARA CUMPLIR CON ESTE RUBRO, LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBEN DE COMPROBAR EL SUMINISTRO DE BIENES SIMILARES A LOS QUE SE PRETENDA OFERTA. ES CORRECTO	Id DEM: 4723, Respuesta: No es correcta su interpretación. Para acreditar la especialidad, la convocante cuantificará con el número de contratos y/o pedidos presentados, en los que se verifique que el licitante ha suministrado a cualquier dependencia y/o institución y/o particular, bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Para acreditar la experiencia, la convocante verificará con la copia simple de los contrato(s) y/o pedido(s) presentado(s), y cuantificará el tiempo en años en que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los requeridos en la presente licitación. Nota: Solo se contabilizarán los años de los contratos que hayan sido considerados en el Subrubro de Especialidad	DEM
240	4724	RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3	5.1.1 Técnica	1.6.- RUBRO 3, CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO PODREMOS PRESENTAR CARTAS DE SATISFACCIÓN FIRMADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DE LOS CONTRATOS REPRESENTADOS EN EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DONDE SE MANIFIESTE QUE SE CUMPLIÓ CON TODAS LAS CLÁUSULAS DE DICHO CONTRATO. SE ACEPTA?	Id DEM: 4724, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes: *Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un solo escrito varias fianzas, o b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
241	4845	GRUPO REINET, S. A. DE C. V.	1	5.1.1 Evaluación Técnica	Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativas Capacidad del Licitante Entendemos en relación con el Rubro 2.- Experiencia y Especialidad que se aceptara la presentación de un solo juego de contratos para ser evaluados de acuerdo con cada criterio y cumplir simultáneamente con ambos rubros ¿Se acepta?	<p>contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante".</p> <p>O</p> <p>c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>O en el caso de ser:</p> <p>Con Instituciones Privadas:</p> <p>a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>O</p> <p>b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios.</p> <p>Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los rubros de "Experiencia y Especialidad".</p>	DEM

Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3.4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
242	4846	GRUPO REINET, S. A. DE C. V.	2	5.1.1 Evaluación Técnica	Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativas Capacidad del Licitante Entendemos en relación con el Rubro 2.- Experiencia y Especialidad y 3.- Cumplimiento de Contratos que al solicitarse la presentación de contratos que amparen bienes de la misma naturaleza, características específicas y o volúmenes y condiciones similares a los requeridos, se permitirá presentar contratos en las partidas (1.19 y 42) de bienes de imagenología tales como unidades de rayos x móviles, unidades radiología de 500 mA, telemando, mastografía, tomografía, etc. A fin de comprobar nuestra experiencia y especialidad en este ramo. ¿Es correcto?	No. 1.6 de la Convocatoria. Id DEM: 4846, Respuesta: No se acepta su solicitud en torno a aceptar contratos en las partidas 1.19 y 42 de bienes de imagenología en general. Se acepta como opción para acreditar la documentación solicitada en el rubro 2. Experiencia y Especialidad, presentar contratos o pedidos donde la descripción de los bienes que amparen dichos instrumentos legales, señale unidades de rayos x móviles, unidades radiología de 500 mA, telemando, mastógrafos y tomógrafos para las partidas 1, 19 y 42.	DEM
243	3694	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	16	5.2.9. Visitas a las instalaciones	En las salas de mastografía por adecuar, dentro de la adecuación no se incluye la construcción de baño ¿Es correcto?	Id DEM: 3694, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
244	3695	ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.	17	5.2.9. Visitas a las instalaciones	En varias unidades médicas están asignando para mastografía salas Id DEM: 3695. Respuesta: Es correcta su apreciación de rayos, donde existe o existió equipo de radio-fluoroscopia. En esos Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el	deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 11629 531.055.0024.03.01 Angiografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEM



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					casos delimitamos y adecuamos solamente el área que corresponde al masiógrafo ¿Es correcto?	<p>equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR</p> <p>Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema Compranet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 1 11629 531.055.0024.03.01 Angiógrafo arco monoplanar 19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
245	3705	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	8	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.8 ACTO DE DEMOSTRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR QUE PARA LAS SIGUIENTES PRUEBAS: 30, 43 Y 44 NO SON APLICABLES LAS Y; CAPACIDAD DE CARGA.	se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
246	3706	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	9	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.8 ACTO DE DEMOSTRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE UNA VEZ REALIZADA LA DEMOSTRACIÓN DE LOS EQUIPOS POR PERSONAL CALIFICADO SE PODRÁN RETIRAR LOS MISMOS UNA VEZ FINALIZADA DICHA DEMOSTRACIÓN?	Id DEM: 3706, Respuesta: Es correcta su apreciación. Al término del Acto de Demostración de Características se hará constar la realización del acto correspondiente en Minuta, la cual será firmada por los asistentes la cual obrará en el expediente de evaluación técnica, remitiendo copia al Órgano Interno de Control en el IMSS, de acuerdo al Protocolo de Actuación, precisando que una vez finalizado el evento, el bien presentado para dicho acto podrá ser retirado por el licitante o quien este designe.	DEM
247	3707	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	10	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.8 ACTO DE DEMOSTRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. PREGUNTA: SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA SE SOLICITA INDICAR NOMBRE COMPLETO, CARGO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SALVAGUARDAR LOS EQUIPOS.	Id DEM: 3707, Respuesta: La respuesta otorgada no fue negativa, toda vez que al término del Acto de Demostración de Características se hará constar la realización del acto correspondiente en Minuta, la cual será firmada por los asistentes la cual obrará en el expediente de evaluación técnica, remitiendo copia al Órgano Interno de Control en el IMSS, de acuerdo al Protocolo de Actuación, precisando que una vez finalizado el evento, el bien presentado para dicho acto podrá ser retirado por el licitante o quien este designe.	DEM
248	3708	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	11	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.8 ACTO DE DEMOSTRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. PREGUNTA: SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 9 DE MI REPRESENTADA ES NEGATIVA FAVOR DE ADJUNTAR EL FORMATO QUE SERÁ REQUISITADO PARA LA RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS.	Id DEM: 3708, Respuesta: La respuesta otorgada no fue negativa, toda vez que al término del Acto de Demostración de Características se hará constar la realización del acto correspondiente en Minuta, la cual será firmada por los asistentes la cual obrará en el expediente de evaluación técnica, remitiendo copia al Órgano Interno de Control en el IMSS, de acuerdo al Protocolo de Actuación, precisando que una vez finalizado el evento, el bien presentado para dicho acto podrá ser retirado por el licitante o quien este designe.	DEM
249	3709	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	12	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.8 Acto de Demostración de las características ofertadas Solicitamos id DEM: 3709, Respuesta: Corresponderá al licitante o amablemente a la Convocante nos aclare si la División de Equipamiento Médico, cuenta con red de gases medicinales, si es así, lecturas, configuración y/o cualquier otra acción que deba ser el tipo de conexión, para la instalación y demostración de las características ofertadas de las siguientes partidas: Partida 43 el bien presentado para la demostración correspondiente Ventilador adulto pediátrico Partida 44 Ventilador adulto pediátrico Se precisa que el instituto contará únicamente con neonatal Ya que se requiere aire y oxígeno para su funcionamiento. Lo energía eléctrica 127 V a 60 Hz para la operación de los anterior con la finalidad de llevar a cabo la verificación amplia y equipos. Favor de atender las Precisiones Técnicas. detallada de los bienes ofertados. Favor de aclarar.	Id DEM: 3709, Respuesta: Corresponderá al licitante o amablemente a la Convocante nos aclare si la División de Equipamiento Médico, cuenta con red de gases medicinales, si es así, lecturas, configuración y/o cualquier otra acción que deba ser el tipo de conexión, para la instalación y demostración de las características ofertadas de las siguientes partidas: Partida 43 el bien presentado para la demostración correspondiente Ventilador adulto pediátrico Partida 44 Ventilador adulto pediátrico Se precisa que el instituto contará únicamente con neonatal Ya que se requiere aire y oxígeno para su funcionamiento. Lo energía eléctrica 127 V a 60 Hz para la operación de los anterior con la finalidad de llevar a cabo la verificación amplia y equipos. Favor de atender las Precisiones Técnicas. detallada de los bienes ofertados. Favor de aclarar.	DEM
250	3762	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	7	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Informamos a la convocante que en algunos registros sanitarios, se indican varios domicilios del fabricante, por lo que a nuestro entender, es el primer domicilio del fabricante indicado en el registro sanitario, es convocatorio, para las claves identificadas con la leyenda sobre el que se corroborará la congruencia con el origen de los bienes. de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para	Id DEM: 3762, Respuesta: No es correcta su apreciación de conformidad con lo indicado en el numeral 5.2.6 de la leyenda sobre el que se corroborará la congruencia con el origen de los bienes. de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
251	3763	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	8	5.2 Evaluación de la proposición técnica	En caso de ser negativa su respuesta, solicitamos amablemente a la convocante nos confirme contra que domicilio será corroborado el origen de los bienes. <div style="font-size: small;"> <p>Comunicación Electrónica: Centro de Atención al Cliente Calle de México No. 3, 2do. Piso, 06710 ES Ciudad de México, D.F. Teléfono: 55 11 11 11</p> <p>Domicilio: 1. Avda. Insurgente, 72, 2. Avda. Insurgente, 72, 3. Avda. Insurgente, 72, 4. Avda. Insurgente, 72, 5. Avda. Insurgente, 72, 6. Avda. Insurgente, 72, 7. Avda. Insurgente, 72, 8. Avda. Insurgente, 72, 9. Avda. Insurgente, 72, 10. Avda. Insurgente, 72,</p> <p>Firma: [Firma] Domicilio: [Domicilio]</p> </div>	Equipo Médico", se corroborará la congruencia (Coherencia, Relación lógica) entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el escrito requerido en el Anexo No. 7, en el numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria.	DEM
252	3764	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	9	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Conforme al punto 5.2 en el equipo partida Angiógrafo arco monopolar. Solicitamos amablemente a la convocante, nos informe el plazo máximo de entrega o instalación del equipo.	Id DEM: 3763, Respuesta: De conformidad con lo indicado en el numeral 5.2.6 de la convocatoria, para las claves identificadas con la leyenda de "SI Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia (Coherencia, Relación lógica) entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el escrito requerido en el Anexo No. 7, en el numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria.	DEM
253	3779	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V.	1	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Punto 5.2.9 Visita a las instalaciones institucionales Pregunta. De acuerdo a nuestras partidas de interés, hemos empezado a realizar las visitas que aplican de acuerdo al cuadro de distribución en cada una de ellas, sin embargo, nos hemos encontrado que el director medico no siempre se encuentra disponible o se encuentra fuera de la unidad medica, por lo que solicitamos que el acta de visita pueda ser firmado por el administrador del hospital, jefe de conservación u otra persona facultada que se asigne y evitar con ello atrasos que no permitan realizar la totalidad de las mismas ¿se acepta?	Id DEM: 3779, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM
254	4613	GE SISTEMAS	2	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Solicitamos a la convocante nos permita referenciar documentos de	Id DEM: 4613, Respuesta: Sea acepta su solicitud	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
255	4614	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3	5.2 Evaluación de la proposición técnica	En las especificaciones solicitadas por la convocante en las descripciones de los bienes a adquirir, y debido a la variedad en las especificaciones utilizadas por cada fabricante, la cual no es homogénea por las unidades de medida o sistemas de medida propios de cada casa comercial, solicitamos de la manera más atenta se considere y acepte una tolerancia de máximos 2% en las especificaciones requeridas y todo valor se ajuste a dicha tolerancia, garantizando con ello una libre participación en el presente procedimiento, y en su caso, se realice una justificación que incluya la documentación necesaria que justifique y soporte la variación, misma que no afecte ni demerite lo mínimo solicitado en la descripción solicitada y en cambio si garantice el ofertar equipos con tecnología de vanguardia. ¿Se acepta?	convocante solicita para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.	DEM
256	4636	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	12	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Solicitamos a la convocante indicar datos de los responsables de recibir visitas para aquellas indicadas como obligatorias.	Id DEM: 4614, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la(s) partida(s) ni la especificación y/o requisito sobre la que se solicita considere y acepte una tolerancia de máximos 2% o las características propias del equipo que pretende ofertar.	DEM
						Id DEM: 4636, Respuesta: En el numeral 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 1 11629 531.055.0024.03 01 Angiografía mono planar. 19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
257	4662	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	4	5.2 Evaluación de la proposición técnica	En el numeral 5.2.9 se menciona textualmente que "el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones...". Por otro lado, en el Anexo 1.3 Requisitos para equipo médico, en la columna F se señalan las partidas que si requieren o no requieren visita a las instalaciones institucionales. Para garantizar al Instituto que los bienes ofertados cumplirán completamente con los requerimientos físicos para ser instalados en todas y cada una de las unidades médicas destino, y que éstos bienes sean funcionales, ¿la visita a las instalaciones institucionales deberá ser obligatoria, presentando constancia de visita (Anexo 1,10) a cada una de ellas?	Id DEM: 4662, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con el numeral 5.2.9 "Visitas a las instalaciones institucionales", "Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", "Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias..."Partida 1 Angiógrafo arco monoplanar", "Partida 19 Mastografía digital de campo completo." Por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
258	4702	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	5	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.9 Visitas a las instalaciones ¿Es correcto entender que para el caso de las visitas obligatorias a las diferentes unidades médicas y de acuerdo con el Anexo No 1.4 Guia de distribución, los licitantes podrán presentar escrito libre que contenga al menos el nombre, firma y matricula del personal del Instituto encargado de recibir dichas visitas?	Id DEM: 4702, Respuesta: Es correcta su apreciación. De conformidad con el cuarto párrafo del numeral 5.2.9 "Visitas a las instalaciones institucionales", "En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matricula del personal del Instituto. En este contexto, la(s) constancia(s) de haber realizado la(s) visita a las instalaciones es en formato libre.	DEM
259	4703	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	6	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Inciso 5.2.9 Visitas a las instalaciones ¿Es correcto entender que para el caso particular de las partidas 1. Angiógrafo arco monoplanar y 19. Mastografía digital de campo completo, y debido a que las visitas a las instalaciones son obligatorias por parte de los licitantes, con la finalidad de realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas para considerar todos los aspectos técnicos, específicos y la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema económico de los equipos, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones, se deberá entregar una Guia Mecánica específica por unidad médica (No guia tipo) durante la presentación de propuestas?	Id DEM: 4703, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema económico de los equipos, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones, se deberá entregar una Guia Mecánica específica por unidad médica (No guia tipo) durante la presentación de propuestas.	DEM



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 1 11629 531.055.0024.03.01 Angiógrafo arco monopolar.19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y otros, además de identificar con el personal del Instituto cierras posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
260	4714	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo Completo De acuerdo al Anexo 1.3 "Requisitos para equipo médico" para el caso del Mastógrafo requieren según la cantidad mencionada 39, sin embargo, en el anexo 1.4 "Guía de distribución" exclusivamente hay 38 lugares. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos indique el lugar faltante. Favor de aclarar	de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviene únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEM
261	4715	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo Completo Entendemos y debido a la cantidad de equipos, las guías mecánicas no se deberán entregar al Instituto en caso de adjudicación debido a que todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento serán a cargo del licitante adjudicado ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 4714, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al anexo 1.3 "Requisitos para equipo médico". Id DEM: 4715, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá entregar lo solicitado en los numerales: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: v4.1 Proposición técnica. 4.1.6 Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.	DEM
262	4716	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo Completo Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare, en caso de existir un equipo ya instalado en la unidad y debido a los bienes desinstalados su reubicación dentro de la	Id DEM: 4716, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá coordinar con el responsable de la recepción de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
263	4717	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo Completo En caso de que ese no sea exclusivamente el alcance, favor de aclararnos ¿Cuál sería el alcance en caso de que exista un equipo ya instalado?	<p>propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto. Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.</p>	DEM
264	4718	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo Completo Entendemos que se solicita para comprobar la visita En la licitación LA-019GYR040-E8-2017 se solicita en el punto 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales que hospitalen a los que se fue a realizar la visita con como mínimo: nombre, firma y matrícula de acuerdo a lo solicitado ¿Es correcta mi apreciación?	<p>Id DEM: 4717, Respuesta: Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto."</p> <p>Id DEM: 4718, Respuesta: Es correcta su interpretación. En la licitación LA-019GYR040-E8-2017 se solicita en el punto 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales que hospitalen a los que se fue a realizar la visita con como mínimo: nombre, firma y matrícula de acuerdo a lo solicitado ¿Es correcta mi apreciación?</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
265	4719	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	11	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo completo Solicitamos a la convocante de la manera más atenta y debido a que nos hemos encontrado con dificultades para que nos firme el Director Médico de la Unidad por diversas razones como vacaciones, o no se encuentra en la Unidad o simplemente delega esa responsabilidad, se nos acepte la constancia firmada por el encargado de Administración (Subdirector y/o administrador) o en su defecto por el Biomédico y/o encargado de conservación y mantenimiento del Hospital que son los encargados de realizamos el recorrido, siempre cuando se anexe como mínimo: nombre, firma y matrícula de acuerdo a lo solicitado ¿Se acepta?	<p>todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PRI Clave AI Descripción 1 1169 531.055.0024.03.0 Argiño arco monoplanar. 19 1184 531.341.2487.03.0 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
266	4720	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo Completo Solicitamos a la convocante de la manera más atenta si la proveeduría deberá contemplar la realización de los levantamientos de niveles de radiación y memoria anafítica Favor de aclarar	Id DEM: 4720, Respuesta: No es correcta su interpretación. En la licitación LA-019GYR040-E8-2017 se solicita en el punto 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales que las visitas son obligatorias en solo dos partidas: Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PRI Clave AI Descripción 1 1169 531.055.0024.03.0 Angiografía arco monoplanar. 19 1184 531.341.2487.03.0 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto"	DEM
267	4739	SERVICIOS DE	1	5.2 Evaluación de la 5.2.8. Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req."	(Si Id DEM: 4739, Respuesta: Favor de atender las	DEM	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
268	4749	INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	1	5.2 Evaluación de la proposición técnica	requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) ... Favor de aclarar si para la partida N° 43 Ventilador Adulto pediátrico se requiere Demostración de características, ya que en este punto aparece dicha partida pero en el Anexo 1.3 aparece que no requiere demostración de características.	Precisiones Técnicas.	
269	4763	TECNOLOGIA EN QUIROFANOS, S.A. DE C.V.	9	5.2 Evaluación de la proposición técnica	5.2.8 INCISO E).- PARA EL ACTO DE DEMOSTRACION DE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS EN LA PARTIDA No.10, ¿SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL CARRO DE TRANSPORTE?	Id DEM: 4749, Respuesta: Es correcta su apreciación. Los licitantes deberán realizar la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) con el fin de que el Área Técnica corrobore que cumplen con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la Junta de aclaraciones.	DEM
	4763	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.			ANEXO 1.6 RUBRO 3 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PRESENTAR FACTURA CON SELLO DE RECEPCION Y/O NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE, A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO PARA EL CASO DE PRESNETAR DOCUMENTACION DE SEMAR, SEDEVA Y/O SERVICIOS DE SALUD, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTOS INSTITUTOS NO MANEJAN COMO TAL UN ACTA DE ENTREGA RECEPCION.	Id DEM: 4763, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes, en el caso de corresponder a contratos o pedidos "Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas pudiendo presentar en un sólo escrito fianzas, o b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante". o c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
270	4765	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	11	5.2 Evaluación de la proposición técnica	SUBNUMERAL 5.2.8 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA EL CASO DE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES QUE NO SE PUEDAN PRESENTAR FÍSICAMENTE SE ACEPTA PRESENTAR FOLLETO O CATALOGO DE ESTOS PARA LA MUESTRA FÍSICA. ¿SE ACEPTA?	sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha acta en todos los casos deberá estar acompañada de copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios. O en el caso de ser Privadas: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los rubros de "Experiencia y Especialidad".	DEM
271	4766	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	12	5.2 Evaluación de la proposición técnica	PUNTO 5.2.8.- ACTO DE DEMOSTRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, PARTIDA 43 VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTE EVENTO SOLICITAN DEMOSTRACIÓN DE ESTE EQUIPO, PERO DE ACUERDO AL "ANEXO 1.3. REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO" DICE QUE ESTA PARTIDA NO REQUIERE DEMOSTRACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	Id DEM: 4766, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM
272	4786	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	10	5.2 Evaluación de la proposición técnica	DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Reg." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bienes, a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de	Id DEM: 4786, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
273	4787	GRUPO ADDIM, S.A. DE C. V.	11	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-perinatal neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, el criterio solicitado para determinar las partidas que requieren demostración de las características ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4787, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con el inciso c) del numeral 5.2.8 de la presente convocatoria: "...corresponderá al licitante o quien este designe, realizar las interconexiones, toma de lecturas, configuración y/o cualquier otra acción que deba efectuarse, entre el instrumento o dispositivo de medición y el bien presentado para la demostración correspondiente." Asimismo, la tabla incluida bajo el apartado "Acto de Demostración de las Características Ofertadas", en la columna denominada "Lugar de presentación del bien", se indica: Cd. De México y área metropolitana. En este contexto, el licitante podrá solicitar al personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM), que el Acto de Demostración de Características Ofertadas sea llevado a cabo, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, en cualquier Unidad Médica o Instalación de la Empresa que cuente con lo necesario a fin de llevar a cabo dicho evento, siempre que se encuentre en Cd. De México y área metropolitana</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
274	4788	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	12	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. doble</p> <p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos confirme que para la partida 17 se contará con los requisitos necesarios para la instalación de la lámpara quirúrgica doble para poder demostrar todas las características solicitadas en la Cédula de Descripción del Artículo, ¿Es correcto?</p>	<p>marcapaso</p> <p>interpretación. doble</p> <p>especialidad</p> <p>vitales</p> <p>intermedia</p> <p>adulto-pediátrico</p> <p>neonatal</p>	DEM
					<p>Id DEM: 4788, Respuesta: Para el Acto de demostración de las características se deberá considerar la metodología, unidad de medida que corresponda de acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el resultado esperado en cada prueba se encuentran debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la Convocatoria, observando que la demostración de la descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de incluyendo la marca(s) y modelo(s) y en su caso del Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las software en español, misma que deberá ser efectuada características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo por el licitante o quien este designe y la verificación cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Descripción de la legalidad de dicho procedimiento.</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador marcapaso.</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. doble</p> <p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante conforme a la fracción X del Artículo 29 y fracción e) del inciso II del Artículo 39 del Reglamento de la Ley, los cuales indican: "LEY DE ADQUISICIONES,</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
275	4789	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	13	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización." ... "REGlamento DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: ... II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados." Por lo cual solicitamos al a Convocante nos especifique el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir, quién será la encargada en efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.</p>	<p>DEM: 4789, Respuesta: Para el Acto de demostración de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para metodología, unidad de medida que corresponda de Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el del(las) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la resultado esperado en cada prueba se encuentran descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos Convocatoria, observando que la demostración de la solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de descripción técnica ofertada sobre el bien presentado la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de incluyendo la marca(s) y modelo(s) y en su caso del Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las software en español, misma que deberá ser efectuada características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo por el licitante o quien este designe y la verificación cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo ocular de las mismas la realizará el Área Técnica, electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de conformada por personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					<p>Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante conforme a la fracción X del Artículo 29 y fracción e) del Inciso II del Artículo 39 del Reglamento de la Ley, los cuales indican: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;" "REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: ... II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar, la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;" Por lo cual solicitamos al a Convocante nos especifique el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones</p>	de Infraestructura Médica, pudiéndose acompañar del personal del Área Requeriente, Contratante y/o del representante del Órgano Interno de Control en el IMSS, siendo que tal acto será videograbado o en su defecto, se obtendrá evidencia fotográfica y la información estará a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dicho procedimiento.	

[Firmas manuscritas]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
276	4790	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	14	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>de los bienes a adquirir, quién será la encargada en efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.</p> <p>PARTIDA 17 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para el Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante conforme a la fracción X del Artículo 29 y fracción e) del inciso II del Artículo 39 del Reglamento de la Ley, los cuales indican: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establezcan las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para efectuarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización," ... "REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS</p>	<p>id DEM: 4790, Respuesta: Para el Acto de demostración de las características se deberá considerar la metodología, unidad de medida que corresponda de acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el resultado esperado en cada prueba se encuentran debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la Convocatoria, observando que la demostración de la descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, incluyendo la marca(s) y modelo(s) y en su caso del software en español, misma que deberá ser efectuada por el licitante o quien este designe y la verificación de las mismas la realizará el Área Técnica, conformada por personal adscrito a la División de Equipamiento Médico de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, pudiéndose acompañar del personal del Área Requeriente. Contratante y/o del representante del Órgano Interno de Control en el IMSS, siendo que tal acto será videograbado o en su defecto, se obtendrá evidencia fotográfica y la información estará a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dicho procedimiento.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
277	4791	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	15	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: ... II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;" Por lo cual solicitamos al a Convocante nos especifique el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir, quien será la encargada en efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.</p>	<p>Id DEM: 4791, Respuesta: Para el Acto de demostración de las características se deberá considerar la metodología, unidad de medida que corresponda de acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el resultado esperado en cada prueba se encuentran establecidos en el numeral 5.2.8 de la Convocatoria, observando que la demostración de la descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo por el licitante o quien este designe y la verificación cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo ocular de la División de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en de Infraestructura Médica, pudiéndose acompañar del la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área personal del Área Requerente, Contratante y/o del Técnico, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características representante del Órgano Interno de Control en el IMSS. Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal siendo que tal acto será videograbado o en su defecto, de la referida División, conforme a lo siguiente: se obtendrá evidencia fotográfica y la información estará Parida Descripción a disposición de las autoridades encargadas de verificar 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador la legalidad de dicho procedimiento. marcapaso.</p>	DEM
						<p>10 Electrocardiograma multicanal con interpretación.</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
278	4792	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	16	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad. doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. vitales</p> <p>30 Monitor de anestesia intermedia.</p> <p>39 Unidad de Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>43 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>44 DUDA: Solicitamos a la Convocante conforme a la fracción X del Artículo 29 y fracción e) del Inciso II del Artículo 39 del Reglamento de la Ley, los cuales indican: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;" ... "REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: ... II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;" Por lo cual solicitamos al a Convocante nos especifique el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir, quién será la encargada en efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.</p>	<p>Para el Acto de demostración de las características se deberá considerar la metodología, unidad de medida que corresponda de acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el resultado esperado en cada prueba se encuentran</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
					<p>descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la convocatoria que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos Convocatoria, observando que la demostración de la la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de incluyendo la marca(s) y modelo(s) y en su caso de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las software en español, misma que deberá ser efectuada características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo por el licitante o quien este designe y la verificación cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo ocular de las mismas la realizará el Área Técnica, electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de conformada por personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, pudiéndose acompañar del la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Representante del Órgano Interno de Control en el IMSS, Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la División, conforme a lo siguiente: se obtendrá evidencia fotográfica y la información estará de la referida División, conforme a lo siguiente: Descripción a disposición de las autoridades encargadas de verificar</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador la legalidad de dicho procedimiento.</p> <p>monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación doble</p> <p>17 Lámpara quirúrgica</p> <p>29 Microscopio para oftalmoscopia de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediatra</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante conforme a la fracción X del Artículo 29 y fracción e) del inciso II del Artículo 39 del Reglamento de la Ley, los cuales indican: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;" "REGlamento DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: ... II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
279	4793	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	17	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>contratar, la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;" Por lo cual solicitamos al a Convocante nos especifique el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir, quien será la encargada en efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.</p> <p>PARTIDA 39 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para el Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, observando que la demostración de la convocatoria, incluyendo las que resulten de descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de incluyendo la marca(s) y modelo(s) y en su caso del Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las software en español, misma que deberá ser efectuada caracteristicas ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo por el licitante o quien este designe y la verificación cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Planeación de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador marca pasco.</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirurgia de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales.</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico.</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal.</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante conforme a la fracción X del Artículo 29 y fracción e) del Inciso II del Artículo 39 del Reglamento de la Ley, los cuales indican: "LEY DE ADQUISICIONES.</p>	<p>Id DEM: 4793, Respuesta: Para el Acto de demostración de las características se deberá considerar la metodología, unidad de medida que corresponda de acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el resultado esperado en cada prueba se encuentran debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la convocatoria, observando que la demostración de la descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de incluyendo la marca(s) y modelo(s) y en su caso del Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las software en español, misma que deberá ser efectuada caracteristicas ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo por el licitante o quien este designe y la verificación cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Planeación de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: se obtendrá evidencia fotográfica y la información estará a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dicho procedimiento.</p>	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	ID DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
280	4794	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	18	5.2 Evaluación de la proposición técnica	ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 29.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: ... X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización." ... "REGlamento DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: ... II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área Técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;" Por lo cual solicitamos al a Convocante nos especifique el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir, quién será la encargada en efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.	DEM-4794, Respuesta: Para el Acto de demostración de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para metodología, unidad de medida que corresponda de Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el detalle(s) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la convocatoria que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos. Convocatoria, observando que la demostración de la solicitud en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de incluyendo la marca(s) y modelo(s) y en su caso del Demonstrador de las Características Ofertadas. La demostración de las software en español, misma que deberá ser efectuada por el personal adscrito a la División de Planeación de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Equipamiento Médico de la Coordinación de Planeación	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación doble 17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad 29 Microscopio para oftalmología de signos vitales 30 Monitor de anestesia intermedia 39 Unidad de adulto-pediatra 43 Ventilador adulto-pediatra neonatal 44 Ventilador DUDA: Solicitamos a la Convocante conforme a la fracción X del Artículo 29 y fracción e) del Inciso II del Artículo 39 del Reglamento de la Ley, los cuales indican: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: ... X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;" ... "REGlamento DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: ... II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados." Por lo cual solicitamos al a Convocante nos especifique el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones	de Infraestructura Médica, pudiéndose acompañar del personal del Área Requerente, Contratante y/o del representante del Órgano Interno de Control en el IMSS, siendo que tal acto será videograbado o en su defecto, se obtendrá evidencia fotográfica y la información estará a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dicho procedimiento. Favor de atender las Precisiones Técnicas.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
281	4795	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	19	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>de los bienes a adquirir, quién será la encargada en efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.</p> <p>PARTIDA 44 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para el Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el resultado esperado en cada prueba se encuentran debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la convocatoria, observando que la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, de acuerdo a lo siguiente: Acto de inclusión del software en español, misma que deberá ser efectuada por el licitante o quien este designe y la verificación de la demostración de la descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, la demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multifuncional con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales.</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal.</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal.</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante conforme a la fracción X del Artículo 29 y fracción e) del inciso II del Artículo 39 del Reglamento de la Ley, los cuales indican: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establezcan las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización," ... "REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS</p>	Id DEM: 4795, Respuesta: Para el Acto de demostración de las características se deberá considerar la metodología, unidad de medida que corresponda de acuerdo a cada prueba a ser realizada, los alcances y el resultado esperado en cada prueba se encuentran debidamente establecidos en el numeral 5.2.8 de la convocatoria, observando que la demostración de la descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, la demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, de acuerdo a lo siguiente: Acto de inclusión del software en español, misma que deberá ser efectuada por el licitante o quien este designe y la verificación de la demostración de la descripción técnica ofertada sobre el bien presentado, la demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Descripción de la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
282	4796	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	20	5.2 Evaluación de la proposición técnica	DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: ... II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;" Por lo cual solicitamos al Convocante nos especifique el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir, quien será la encargada en efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas, para no limitar la libre participación de los licitantes.	Id DEM: 4796, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
					PARTIDA 1 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
283	4797	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	21	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 1, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4797, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 2 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador marcapaso.</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 2, requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ni 48 no</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
284	4798	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	22	5.2 Evaluación de la proposición técnica	requieran Demostración de las Características Ofertadas. PARTIDA 3 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (CPIM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación 17 Lámpara quirúrgica doble 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 3, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.	Id DEM: 4798, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
285	4799	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	23	5.2 Evaluación de la proposición técnica	requieran Demostración de las Características Ofertadas. PARTIDA 4 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas La demostración de las	Id DEM: 4799, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
286	4800	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	24	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 4, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4800, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en la lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
287	4801	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	25	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. doble.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 5, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4801, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador marcapaso.</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. doble.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 6, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
288	4802	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	26	5.2 Evaluación de la proposición técnica	2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas. PARTIDA 7 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de la "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación 17 Lámpara quirúrgica doble 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia 43 Ventilador adulto-pediatrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 7, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.	Id DEM: 4802, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
289	4803	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	27	5.2 Evaluación de la proposición técnica	PARTIDA 8 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de la "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de	Id DEM: 4803, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
290	4804	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	28	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 8, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4804, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
291	4805	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	29	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación quirúrgica doble.</p> <p>17 Lámpara</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 9, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4805, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 10 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (CPIM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación quirúrgica doble.</p> <p>17 Lámpara</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 10, requiera de Demostración de las Características</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
292	4806	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	30	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ni 48 no requieran Demostración de las Características Ofertadas.</p> <p>PARTIDA 11 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, Impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 11, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	Id DEM: 4806, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
293	4807	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	31	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>PARTIDA 12 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, Impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador marcapaso 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 11, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	Id DEM: 4807, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
294	4808	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	32	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediatrico</p> <p>44 Ventilador adulto-perinático neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 12, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4808, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
295	4809	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	33	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. marca: pasco.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales.</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico.</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal.</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 13, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4809, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 14 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. marca: pasco.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales.</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico.</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal.</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
296	4810	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	34	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 14, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p> <p>PARTIDA 15 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p>	Id DEM: 4810, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
297	4811	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	35	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 15, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	Id DEM: 4811, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
298	4812	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	36	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 16, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4812. Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p> <p>corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
299	4813	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	37	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 17, requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ni 48 no requieran Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4813, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 18 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "SI Req." (SI requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
300	4814	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	38	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 18, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p> <p>PARTIDA 19 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p>	<p>Id DEM: 4814, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
301	4815	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	39	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 19, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p> <p>PARTIDA 20 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en</p>	<p>Id DEM: 4815, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
302	4816	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	40	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>PARTIDA 21 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda id DEM: 4816, Respuesta: No se da respuesta, toda vez de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de que el cuestionamiento formulado no se plantea de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para manifiesto de la convocatoria, con fundamento en el (los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 20, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>del (los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p> <p>solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (CPIM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 20, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
303	4817	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	41	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediatra 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 21, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4817, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
304	4818	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	42	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>39 Unidad de Ventilador intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 22, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>id DEM: 4818, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
305	4819	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	43	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>PARTIDA 23 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 23, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>id DEM: 4819, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
306	4820	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	44	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiografo multicanal con interpretación 17 Lámpara quirúrgica doble 29 Microscopio para oftalmocugía de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediatrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 24, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4820, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
307	4821	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	45	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 25, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4821, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 26 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas: La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración				Respuesta	Área que atiende
308	4822	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	46	5.2 Evaluación de la proposición técnica	30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-pediátrico neonatal	DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 26, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.				DEM
					PARTIDA 27 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Descripción Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble 29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-pediátrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 27, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.					
309	4823	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	47	5.2 Evaluación de la proposición técnica	DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 27, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.					DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
310	4824	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	48	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bienes, a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p> <p>corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 28, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 29 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bienes, a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p> <p>corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
311	4825	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	49	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 29, requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ni 48 no requieran Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4825, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 30 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para el Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
312	4826	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	50	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad. doble</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. vitales</p> <p>30 Monitor de anestesia intermedia.</p> <p>39 Unidad de anestesia adulto-pediátrico neonatal</p> <p>43 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 30, requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ni 48 no requieran Demostración de las Características Ofertadas.</p> <p>PARTIDA 31 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p>	Id DEM: 4826, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
					<p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad. doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 31, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
313	4827	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	51	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Características Ofertadas. PARTIDA 32 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "SI Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiografo multicanal con interpretación, quirurgica doble. 17 Lámpara para oftalmocirugia de alta especialidad 29 Microscopio para de signos vitales 30 Monitor de anestesia 39 Unidad de anestesia intermedia 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizo para que la partida 32, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.	Id DEM: 4827, Respuesta: No se da respuesta, toda vez de el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
314	4828	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	52	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Características Ofertadas. PARTIDA 33 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "SI Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las	Id DEM: 4828, Respuesta: No se da respuesta, toda vez de el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
315	4829	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	53	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 33, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	Id DEM: 4829, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
					<p>PARTIDA 34 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
316	4830	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	54	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. doble.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad.</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 34, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4830, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 35 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para el Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. doble.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica de alta especialidad.</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 35, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
317	4831	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	55	5.2 Evaluación de la proposición técnica	2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas. PARTIDA 36 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, Impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación quirúrgica doble. 17 Lámpara para oftalmoscopia de alta especialidad 29 Microscopio para de signos vitales 30 Monitor de anestesia intermedia 39 Unidad Ventilador adulto-pediátrico 43 Ventilador adulto-periátrico neonatal 44 DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 36, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.	Id DEM: 4831, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
318	4832	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	56	5.2 Evaluación de la proposición técnica	2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas. PARTIDA 37 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de	Id DEM: 4832, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
319	4833	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	57	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmoscopia de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 37, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4833, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 38 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
320	4834	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	58	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirurgia de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 38, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4834, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
					<p>PARTIDA 39 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p> <p>corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirurgia de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 39, requiera de Demostración de las Características</p>		

9

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
321	4835	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	59	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Ofertas, y el criterio para determinar que las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ni 48 no requieran Demostración de las Características Ofertadas. PARTIDA 40 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, Impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 40, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.	Id DEM: 4835, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
322	4836	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	60	5.2 Evaluación de la proposición técnica	PARTIDA 41 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP. corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos	Id DEM: 4836, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
323	4837	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	61	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 41, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4837. Respuesta: No se da respuesta, toda vez de que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
324	4838	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	62	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 42, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4838, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP. Favor de atender las Precisiones Técnicas.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
325	4839	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	63	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 43, requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ni 48 no requieran Demostración de las Características Ofertadas.</p> <p>PARTIDA 44 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p> <p>corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor 10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia 43 Ventilador adulto-pediátrico 44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 44, requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ni 48 no requieran Demostración de las Características Ofertadas.</p>	Id DEM: 4839, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM
326	4840	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	64	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>PARTIDA 45 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular de los bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p>	Id DEM: 4840, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
327	4841	GRUPO ADDIM. S. A. DE C. V.	65	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>dell(os) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y LAASSP.</p> <p>corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Infraestructura Médica (CPIM) de la Coordinación de Planeación de la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida Descripción</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiografo multicanal con interpretación</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble</p> <p>29 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico</p> <p>44 Ventilador adulto-periátrico neonatal</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 45, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p> <p>dem</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
328	4842	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	66	5.2 Evaluación de proposición técnica	<p>la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:</p> <p>Partida</p> <p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble especialidad</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad vitales</p> <p>30 Monitor de signos vitales intermedia.</p> <p>39 Unidad de anestesia adulto-pediatra</p> <p>43 Ventilador adulto-perinatal neonatal</p> <p>44 Ventilador</p> <p>DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 46, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4842, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
329	4843	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	67	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>39 Unidad de Ventilador de anestesia intermedia</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 47, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4843, Respuesta: No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>	DEM
330	4858	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	9	5.2 Evaluación de la proposición técnica	<p>2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor</p> <p>10 Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.</p> <p>17 Lámpara quirúrgica doble.</p> <p>29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad.</p> <p>30 Monitor de signos vitales</p> <p>39 Unidad de anestesia intermedia.</p> <p>43 Ventilador adulto-pediátrico neonatal</p> <p>44 DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el criterio que se utilizó para que la partida 48, no requiera de Demostración de las Características Ofertadas, y el criterio para determinar que las partidas 2, 10, 17, 29, 30, 39, 43 y 44 si requieren Demostración de las Características Ofertadas.</p>	<p>Id DEM: 4858, Respuesta: Es correcto. El tiempo para llevar a cabo el Acto de Demostración de las Características Ofertadas será designado de acuerdo al</p>	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Página 147 de 188

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
334	4874	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	3	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Referente al punto 5.2.9 Solicitan visita a las instalaciones institucionales. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del Licitante adjudicado. Partida No. 19 "Mastografía Digital de Campo Completo" En las visitas ya realizadas existen algunas unidades en donde no se encuentra con área de mastografía. Solicitamos atentamente se especifique si el Instituto construirá estas áreas y en su caso especificar cuáles serán los alcances de los trabajos que realizarán los proveedores.	su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. Id DEM: 4874, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar lo solicitado en los numerales: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema Compranet, la siguiente documentación: v4.1 Proposición técnica. 4.1.6 Para los equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.	DEM
335	4875	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	4	5.2 Evaluación de la proposición técnica	Referente al punto 5.2.9 Solicitan visita a las instalaciones institucionales. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del Licitante adjudicado. Partida No. 19 "Mastografía Digital de Campo Completo" En el caso que el Instituto tenga que construir las áreas para recibir los equipos solicitamos atentamente que en caso de ser adjudicado la unidad nos pueda recibir los equipos en cajas y comprometidos a entregar una carta bajo protesta de decir verdad que en cuanto esté lista el área se procederá a la instalación, capacitación y puesta en marcha del bien adjudicado. ¿Se acepta?	Id DEM: 4875, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar lo solicitado en los numerales: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema Compranet, la siguiente documentación: v4.1 Proposición técnica. 4.1.6 Para los equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.	DEM
336	3696	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	18	5.2.9. Visitas a las instalaciones	Referente a la pregunta anterior, los trabajos ajenos al mastógrafo serán hechos por la unidad hospitalaria ¿Es correcto?	Id DEM: 3696, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
						<p>equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción1 11629 531.055.0024.03.01 Angiógrafo arco monoplano19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
337	3490	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	8	5.4 Causales de desechamiento	de 5.4 CAUSALES DE DESCALIFICACION PUNTO 5.4.2 DICE: CUANDO EL LICITANTE NO ENVIE A TRAVES DE COMPRANET, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 4.1.5, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL. PREGUNTA: EN EL CASO DE MI REPRESENTADA NO APLICA LA DEMOSTRACION DE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS. DEBEMOS ENTENDER QUE EN ESTE PUNTO AGREGAREMOS ESCRITO DE "NO APLICA", ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierras posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviene únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
338	3697	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	19	5.2.9. Visitas a las instalaciones	En ciertas unidades están asignando espacios libres para instalar el mastógrato. En esos espacios hay que hacer construcción, no solamente adecuación. ¿La unidad médica hará dicha construcción?	documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna. Id DEM: 3697, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
339	3733	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14	II. CANTIDAD DE BIENES	Para la partida 40. Unidad de Electrocrugía de Uso General la cantidad solicitada en la tabla II. Cantidad de bienes, es 91 equipos, mientras que en el anexo No. 1.4 "Guía de distribución y administradores de contrato" suman 94 equipos, solicitamos atentamente a la convocante nos confirme el número correcto de equipos que se deben cotizar para la partida 40 Unidad de Electrocrugía de Uso General.	Descripción 11629 531.055.0024.03.01 Angiógrafo arco monopolar 19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEM
340	4576	COMERLAT, S.A. DE C.V.	13	5.4 Causales de desechamiento	Numeral 5.4.1 En dicho punto se hace mención al numeral 4.1.8 el cual no existe en las bases de la convocatoria. PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos confirme que no debe ser considerado. ¿Es correcto?	Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
341	4577	COMERLAT, S.A. DE C.V.	14	37.- 5.4 Causales de desechamiento	Numeral 5.4.14, PREGUNTA: Solicitamos a la convocante que para evitar que los documentos no sean legibles a simple vista procedente señalar que no se acepta el planteamiento, imposibilitando el análisis integral de la proposición, y esto conlleve a sin embargo se ha configurado en la plataforma CompraNet, un parámetro para cada uno de los numerales solicitados en la presente convocatoria, ¿Se acepta?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no se acepta el planteamiento, sin embargo se ha configurado en la plataforma CompraNet, un parámetro para cada uno de los numerales solicitados en la presente convocatoria.	DEM
342	4704	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO S.A. DE C.V.	7	5.4 Causales de desechamiento	Se solicita amablemente a la convocante indicar el contenido del numeral 4.1.8 debido a que en las presentes bases correspondientes a Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales No. LA-019GYR040-E8-2017, no existe.	Id DEM: 4704, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM
343	3734	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15	III.1 Plazo y lugar de entrega	Solicitamos atentemente a la convocante nos informe si todos y cada uno de los lugares de entrega para las partidas 40, 44 y 48 estarán en condiciones de recibir el equipo objeto de esta licitación para instalar el mismo y capacitar al personal, si la respuesta es negativa, que nos de informe cómo se procederá para el llenado del acta de entrega recepción y procedimiento de pago. Favor de aclarar.	Id DEM: 3734, Respuesta: Se aclara que el objeto de la presente contratación es la Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017, por lo que las unidades médicas se encuentran en operación y en condiciones de recibir los bienes.	DEM
344	4557	BERCLAN, S.A. DE C.V.	4	6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE	Solicitamos amablemente a la convocante para dar cumplimiento al punto experiencia y especialidad del licitante, nos permita presentar solo la cartafu de los contratos así como las hojas donde vengan los equipos y la hoja donde venga la firma y la fecha de formalización de los contratos, sin que sea motivo de descalificación, esto debido a que a) en ocasiones los contratos constan de mas de 80 hojas, lo que hace que la propuesta sea muy pesada, se acepta nuestra solicitud?	Id DEM: 4557, Respuesta: Para el Rubro 2. Experiencia y Especialidad del Licitante, se acepta como opción el escanear y enviar únicamente las partes o secciones donde se aprecien los siguientes requisitos: Nombre del licitante. b) Nombre de la dependencia o institución con la que suscribió el contrato o pedido. c) Descripción detallada de los bienes adjudicados. d) Fecha de formalización del Contrato o pedido. e) Contrato o pedido firmado por el servidor público y por el representante de la empresa licitante. f) Vigencia del contrato o pedido. Asimismo, la información que acredite este Rubro, deberá ser legible, debidamente referenciada en cada contrato o pedido. En caso de que la información contenida en los contratos o pedidos no cumpla con los requisitos solicitados, no serán tomados en cuenta.	DEM
345	4558	BERCLAN, S.A. DE C.V.	5	6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE	Solicitamos amablemente a la convocante, para cumplir con el rubro capacidad del licitante, nos permita presentar contrato de outsourcing para demostrar así como copia de los documentos que demuestren que se cuenta con personal con discapacidad, ¿se acepta?	Id DEM: 4558, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del subrubro 1.3 Para acreditar que cuenta con Personal con discapacidad del Rubro 1.- Capacidad del licitante, del Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa, deberá presentar el Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social cuya antigüedad no sea inferior a seis meses anteriores a la fecha de presentación de proposiciones.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
346	4559	BEROLAN, S.A. DE C.V.	6.	39.- 6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE	En el caso de que algún punto no nos aplique como por ejemplo, propuesta conjunta o escrito de bienes nacionales, solo sera necesario presentar carta de NO APLICA, es correcta nuestra apreciación, favor de aclarar	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcta la apreciación.	DEMM
347	4736	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	12.	39.- 6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE	ANEXO 13, DEBIDO A QUE NO HAY UN PARÁMETRO EN LA PLATAFORMA DE CONPRANET, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN DONDE DEBEMOS INCLUIR DICHO ANEXO, O DE NO INCLUIRLO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿FAVOR DE ACLARAR?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente precisar que en la Plataforma del Sistema Compranet se ha configurado un parámetro para adjuntar el Anexo No. 13.	DEMM
348	4844	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	68.	41.- Inconformidades.	7. RESPUESTAS DADA POR LA CONVOCANTE En caso de que las respuestas dadas por la Convocante no sean claras y precisa a mi representada, manifiesto mi inconformidad a la presente junta de aclaraciones, así como a la Convocatoria de la presente licitación, toda vez que conforme al Artículo 33 bis de la Ley, deben ser dadas de manera clara y precisa. LAASSP Artículo 33 Bis. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.	No se atiende, en virtud de que no se hace ninguna solicitud de aclaración que este directamente vinculada con algún punto contenido en la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: "...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.	DEMM
349	4738	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	14.	44.- 10. Nota informativa OCDE.	ENTENDEMOS QUE LA NOTA OCDE ANEXO 15, ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO REQUIERE LA PRESENTEMOS EN NUESTRA PROPUESTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcta su apreciación.	DEMM
350	4584	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	1.	45.- 11. Relación de Anexos.	DICE: Anexo 15, punto 44 TLC: Los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan disposición que regule la participación de proveedores extranjeros en procedimientos, realizadas por las dependencias y entidades sujetas para la compra de bienes. PREGUNTA: Para equipos de procedencia internacional a ofertar se acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados, deben considerar equipos que cuenten con alguna alianza o convenio entre México y el país de origen, ¿Es correcto?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que los bienes ofertados de procedencia extranjera deben ser originarios de países con los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados, por lo cual deben cumplir con lo dispuesto por la regla 5.2.2. , de las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", la cual dispone que los licitantes deben manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, que:	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
351	4689	LUIS MARTINEZ AGUIRRE ANGEL	14.	45.- 11. Relación de Anexos.	El modelo de fianza ¿Lo debe presentar únicamente el Licitante adjudicado?, además de presentar fianza se puede emplear otro medio de afianzamiento, por ejemplo cheque de garantía. Favor de precisar.	<p>"5.2.2. Los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda," conforme al formato del Anexo 7 de la Convocatoria.</p> <p>En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que de conformidad con el numeral VII. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:</p> <p><u>El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada conforme al Anexo No. 2.1 de la presente convocatoria.</u></p> <p>Por lo tanto, ese es el medio que se debe emplear en el afianzamiento.</p>	DEMM
352	4750	VIASIS, S.A. DE C.V.	1	11. Relación de Anexos.	Referente al ANEXO 1.10 En caso de ofertar partidas que no requieran de realizar visita a instalaciones, para cumplir con este anexo será suficiente con presentar carta de NO APLICA para cumplir con el numeral 4.1.7 ¿Es esto correcto?	<p>Id DEM: 4750, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria, "...Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones"...". Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias "...: Partida 1 Angiógrafo arco monoplanar, Partida 19 Mastografía digital de campo completo. En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.</p>	DEM
353	4751	VIASIS, S.A. DE C.V.	2	45.- 11. Relación de Anexos.	Referente al ANEXO 5. Solo será capturada y entregada la información de las partidas que cada licitante oferte para este procedimiento licitatorio, pudiendo eliminar del archivo Excel aquellas en las que no se realice oferta. Favor de aclarar.	<p>En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta como opción eliminar las partidas en las que no desee participar.</p>	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
354	4752	VIASIS, S.A. DE C.V.	3	45.- 11. Relación de Anexos.	Referente al ANEXO 6. Mi representada ofertará equipos de importación, donde el equipo principal tiene un 0% de contenido nacional, por lo anterior y para dar cumplimiento al ANEXO 6, ¿este se cubrirá con una carta de NO APLICA o en su defecto dentro del mismo ANEXO se debe especificar que el bien principal NO ES PRODUCIDO en los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y que cuenta con un 0% de contenido Nacional para dar cumplimiento al numeral 4.3.2? Favor de Aclarar.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta el planteamiento, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.2 en CompraNet se configuró como opcional.	DEMM
355	4690	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	15	ANEXO 1 Terminos y Condiciones	ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES. La forma de llenado es de forma individual un formato por partida, o puede venir en un solo formato todas las partidas. Favor de precisar	Id DEM: 4690, Respuesta: De conformidad con el instructivo de llenado del Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", en el que se solicita el Número (singular) de la partida establecido en la convocatoria que corresponda con claves y nombre del equipo, se precisa que el licitante deberá requisitar un formato por partida.	DEM
356	3746	OURUX, S.A. DE C.V.	6	I. CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES	PLANTEAMIENTO, ART. 28 DE LA LEY GENERAL DE SALUD [...] HABRÁ UN CUADRO BÁSICO DE INSUMOS PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA Y UN CATÁLOGO DE INSUMOS PARA EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL, ELABORADOS POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A LOS CUALES SE AJUSTARÁN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA DE SALUD, Y EN LOS QUE SE AGRUPARÁN, CARACTERIZARÁN Y CODIFICARÁN LOS INSUMOS PARA LA SALUD. [...] PREGUNTA: DE ACUERDO AL ARTÍCULO CITADO, ¿POR QUÉ LAS CEDULAS TÉCNICAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO ESTÁN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL?	Id DEM: 3746, Respuesta: En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados.	DEM
357	3687	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	9	II. CANTIDAD DE BIENES	DICE: Partida 19. Mastografía digital de campo completo, cantidad: 39 y anexo 1.4. GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO Pregunta: La cantidad de bienes mencionados en el Anexo 1 (39 unidades) no corresponde a la guía de distribución donde solo se encuentran 38 unidades, favor de aclarar si la partida 19 es por la cantidad de 38 equipos de mastografía digital, de no ser así y el número correcto es 39, favor de mencionar la dirección del equipo faltante para poder realizar la visita a sitio correspondiente.	Id DEM: 3687, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al anexo 1.4	DEM
358	3689	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	11	II. CANTIDAD DE BIENES	DICE: Partida 42. Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil, cantidad: 36 anexo 1.4. GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO Pregunta: La cantidad de bienes mencionados en el Anexo 1 (36 unidades) no corresponde a la guía de distribución donde solo se encuentran 34 unidades. Favor de	Id DEM: 3689, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					aclarar la cantidad correcta para la partida 42, y en su caso la dirección de instalación faltante		
359	3776	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	21	II. CANTIDAD DE BIENES	Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuantos equipos se requieren para la partida 40 Unidad de electrocirugía de uso general, esto porque en el requerimiento solicitan 91 equipos y en la guía de distribución son 94 equipos.	Id DEM: 3776, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM
360	3777	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	22	II. CANTIDAD DE BIENES	Se solicita amablemente a la convocante aclarar en que unidades médicas requieren los equipos de la partida 40 Unidad de electrocirugía de uso general, esto porque en el requerimiento solicitan 91 equipos y en la guía de distribución son 94 equipos.	Id DEM: 3777, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM
361	3778	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	23	II. CANTIDAD DE BIENES	En caso de que la convocante nos aclare que son 91 equipos requeridos para la partida 40 Unidad de electrocirugía de uso general, solicitamos amablemente que nos proporcione la guía de distribución actualizada anexo 1.4.	Id DEM: 3778, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM
362	4721	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	13	II. CANTIDAD DE BIENES	Anexo 1.3 y Anexo 1.4 Partida 42: Unidad Radiológica Portátil Digital De acuerdo al Anexo 1.3 "Requisitos para equipo médico", para el caso de la Unidad Radiológica Portátil Digital requieren según la cantidad mencionada 36 unidades, sin embargo, en el anexo 1.4 "Guía de distribución" exclusivamente hay 34 si se cuenta la cantidad total. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos indique el por favor a donde se instalarían los 2 equipos faltantes. Favor de aclarar	Id DEM: 4721, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al Anexo 1.3 "Requisitos para equipo médico".	DEM
363	4754	VIASIS, S.A. DE C.V.	5.	48 - II. CANTIDAD DE BIENES	Los precios mostrados como PMR siVA, son antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) ¿Es esto correcto?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que los precios máximos de referencia no incluyen I.V.A.	DEMM
364	4768	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	14	II. CANTIDAD DE BIENES	EXISTEN DOS PARTIDAS EN LAS QUE NO COINCIDEN LAS CANTIDADES DEL ANEXO 1, RESPECTO AL ANEXO 1.4 GUIA DE DISTRIBUCION, SE TRATA DE LAS SIGUIENTES: PARTIDA 40, MENCIONAN 91 EQUIPOS EN EL ANEXO 1.3, PERO EN EL ANEXO 1.4 HAY 94 EQUIPOS. PARTIDA 42, MENCIONAN 36 EQUIPOS EN EL ANEXO 1.3, PERO EN EL ANEXO 1.4 HAY SOLO 34 EQUIPOS. FAVOR DE CONFIRMAR LAS CANTIDADES CORRECTAS	Id DEM: 4768, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al ANEXO 1.3,	DEM
365	4871	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	4	II. CANTIDAD DE BIENES	Partida 19 Mastografía digital de campo completo Dice cantidad 39, pero en el anexo 1.4 Guía de distribución solo hay 38 Unidades Médicas para este equipo, por lo tanto solicitamos se nos confirme cuantos equipos serán 39 o 38?	Id DEM: 4871, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al anexo 1.3	DEM
366	4876	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	5	II. CANTIDAD DE BIENES	En el Anexo No. 1.3 (Requisición para equipo médico) Solicitan la cantidad de 39 equipos para la partida No. 19, y en el Anexo 1.4 (Guía de distribución) vienen 38. Favor de aclarar.	Id DEM: 4876, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al Anexo No. 1.3 (Requisición para equipo médico)	DEM
367	4877	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y	6	II. CANTIDAD DE BIENES	En el Anexo No. 1.3 (Requisición para equipo médico) Solicitan la cantidad de 36 equipos para la partida No. 42, y en el Anexo 1.4 (Guía de distribución) vienen 38. Favor de aclarar.	Id DEM: 4877, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al Anexo No. 1.3 (Requisición	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
		HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.			de distribución) vienen 34. Favor de aclarar.	para equipo médico)	
368	3719	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	5	III. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	Se solicita amablemente a la convocante nos permita, tiempo de entrega de 90 días hábiles ¿Se acepta?	Id DEM: 3719, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	DEM
369	4615	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4	III. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	En el Anexo No. 14 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato" se señalan sólo 38 sitios de los 39 equipos requeridos para la partida 19 "Mastografía digital de campo completo". Se solicita a la Convocante especificar la ubicación faltante.	Id DEM: 4615, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al anexo No. 14	DEM
370	4672	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	4	III. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	Debido a que los productos ofertados son de importación, se solicita amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 120 días naturales posteriores al fallo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4672, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	DEM
371	4767	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	13	III. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	SE INDICA LO SIGUIENTE: EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, SERÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO NO. 1.3 "REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO". ASIMISMO, EL PLAZO DE ENTREGA SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO. SOLICITAMOS PARA LA PARTIDA 1 ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR AUMENTAR EL PLAZO DE ENTREGA Y ENTERA SATISFACCIÓN CON EL CLIENTE A 150 DÍAS, EN EL SENTIDO DE QUE EL EQUIPO SERÁ TOTALMENTE NUEVO Y PRODUCIDO EN ESTE 2º SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO (2017), ES DECIR, RECIENTE FABRICACIÓN, POR LO QUE NO SERÁ UN EQUIPO QUE HAYA ESTADO GUARDADO EN EL ALMACEN POR MÁS DE 6 MESES, POR LO QUE EL TIEMPO SOLICITADO ES PARA LA COMPLETA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, TRANSPORTACIÓN, ADECUACIONES CORRESPONDIENTES, INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS CURSOS A LOS USUARIOS FINALES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4767, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	DEM
372	3484	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	2	III.1 Plazo y lugar de entrega	ANEXO 1.3. REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO SE SOLICITA QUE PARA LAS PARTIDAS 8 Y 15 SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS ADICIONALES, solicitando un TIEMPO DE ENTREGA DE 120 DÍAS, DEBIDO A QUE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN que llevan los equipos SON DE IMPORTACIÓN Y EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 60 A 90 DÍAS, ¿SE ACEPTA, la entrega a 120 días?	Id DEM: 3484, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	DEM
373	3688	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	10	III.1 Plazo y lugar de entrega	DICE: Partida: 19. Mastografía digital de campo completo, cantidad: 39 y anexo 1.4. GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO Pregunta: La cantidad de bienes mencionados en el Anexo 1 (39 unidades) no corresponde a la guía de distribución donde	Id DEM: 3688, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente.	DEM


No. LA-019GYR040-E8-2017



Página 159 de 188

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
379	4658	INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V.	1	III.1 Plazo y lugar de entrega	Anexo 1.3 Partida 17 Se solicita a la convocante que con respecto a la entrega de la partida número 17 por la experiencia pasada, hay requerido por la convocante se encuentra debidamente unidades de destino final que por diversas situaciones se complica la instalación, capacitación y puesta en marcha ¿SE ACEPTA LA especificación y/o requisito planteado por la empresa no ENTREGA TOTAL DE LA PARTIDA EN 90 DIAS NATURALES TAL Y ES requerida para el Instituto. Se solicita que el licitante COMO LO MARCA EL ANEXO NUMERO 1.3 Y EN UNIDADES QUE en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido SE COMPLIQUE INSTALAR A PETICIÓN DE LA UNIDAD CON ESCRITO Y/O CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y SE CONSIDERE PARA PAGO CON DICHO ESCRITO DE INSTALAR A FUTURO? Esto con el fin de evitar atrasos.	Id DEM: 4658, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
380	4773	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	5	III.1 Plazo y lugar de entrega	ANEXO 1.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES POSTERIORES AL DE LA ADJUDICACIÓN) LOS EQUIPOS DE ALTA GAMA TECNOLÓGICA Y SOFISTICACIÓN REQUIEREN PARA SU FABRICACIÓN UN TIEMPO DE ACUERDO A LAS CANTIDADES INVOLUCRADAS EN LA LICITACIÓN. SI TOMAMOS EN CONSIDERACIÓN SU TRANSPORTACIÓN DEL LUGAR DE ORIGEN A LA CIUDAD DE MÉXICO POR VÍA QUE SEA MARITIMA O TERRESTRE, TRÁMITES ADUANALES Y ENTREGA POR TODA LA REPUBLICA MEXICANA DE LOS BIENES ES DE CONSIDERARSE QUE NO PODRA REALIZARSE LA ENTREGA EN 90 DIAS EN LA MAYORIA DE LOS CASOS. ¿PODRIA SER TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE CONSIDERAR ESTOS PUNTOS PARA ENTREGA A 120 DIAS? ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4773, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	DEM
381	4774	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	6	III.1 Plazo y lugar de entrega	ANEXO 1.4 GUÍA DE DISTRIBUCIÓN A FIN DE CUMPLIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA SEÑALADOS EN EL ANEXO 1.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO SOLICITAMOS SE PERMITA ENTREGAR EN EL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4774, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
382	4847	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	3	III.1 Plazo y lugar de entrega	En el punto 3.8 dice: El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato conforme al Modelo que se señala en el Anexo No. 2 de la presente Convocatoria y considerando las modificaciones que deriven adjudicados realicen las entregas de los bienes a partir de la Junta de Aclaraciones, se firmara dentro de los quince días siguientes a la fecha de comunicación del fallo, naturales siguientes a la notificación del fallo, en la División de debiendo continuar con el trámite de pago Contratos, ubicada en la Calle Durango Núm. 291, piso 10, Colonia correspondiente ante las instancias y cumpliendo los requisitos señalados en la presente Convocatoria. Lo Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Pregunta: Considerando que en la presente licitación existen anterior, con base en lo dispuesto en los artículos 37, partidas con un volumen alto, que requieren desinstalación e párrafo sexto y 46, párrafo primero de la LAASSP, 39, instalación y sus destinos cubre gran parte del territorio nacional cada fracción III inciso d) y 84, párrafo quinto de su día de atraso ya sea por razones técnicas o administrativas por ambas Reglamentos, así como 1796, 1803 y 1832 del OFF. se partes, compromete en gran medida el cumplimiento cabal del plazo de despendre que los contratos sujetos a la LAASSP existen entrega, por lo que solicitamos se permita empezar a realizar las o se perfeccionan en el momento en que se realiza y entregas de los bienes a partir del día siguiente a la fecha de notifica la adjudicación de los mismos, toda vez que a comunicación del fallo, comprometiendonos a continuar con los través de la notificación, el área contratante expresa su	Id DEM: 4847, Respuesta: Para efectos de entrega de los bienes se acepta que los licitantes que resulten adjudicados realicen las entregas de los bienes a partir de la Junta de Aclaraciones, se firmara dentro de los quince días siguientes a la fecha de comunicación del fallo, naturales siguientes a la notificación del fallo, en la División de debiendo continuar con el trámite de pago Contratos, ubicada en la Calle Durango Núm. 291, piso 10, Colonia correspondiente ante las instancias y cumpliendo los requisitos señalados en la presente Convocatoria. Lo Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Pregunta: Considerando que en la presente licitación existen anterior, con base en lo dispuesto en los artículos 37, partidas con un volumen alto, que requieren desinstalación e párrafo sexto y 46, párrafo primero de la LAASSP, 39, instalación y sus destinos cubre gran parte del territorio nacional cada fracción III inciso d) y 84, párrafo quinto de su día de atraso ya sea por razones técnicas o administrativas por ambas Reglamentos, así como 1796, 1803 y 1832 del OFF. se partes, compromete en gran medida el cumplimiento cabal del plazo de despendre que los contratos sujetos a la LAASSP existen entrega, por lo que solicitamos se permita empezar a realizar las o se perfeccionan en el momento en que se realiza y entregas de los bienes a partir del día siguiente a la fecha de notifica la adjudicación de los mismos, toda vez que a comunicación del fallo, comprometiendonos a continuar con los través de la notificación, el área contratante expresa su	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					Tramites que la División de Contratos requiera para la formalización del contrato correspondiente ¿Se acepta?	consentimiento a la proposición que resultó adjudicada derivado de un procedimiento de contratación, proposición que presupone el consentimiento de la persona física o moral que la presentó en el acto de presentación y apertura de proposiciones en procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, o en virtud de una solicitud de cotización para el caso de adjudicaciones directas, a efecto de ser el proveedor en caso de resultar el vencedor; luego entonces, desde el momento de la notificación, son exigibles los derechos y obligaciones acordados por las partes a través del procedimiento de contratación de que se trate, por lo que la formalización del instrumento jurídico correspondiente no es un requisito que exija la LAASSP para que exista o se perfeccione el acuerdo de voluntades, sino que se trata exclusivamente de una formalidad.	
383	4848	GRUPO REINET, S. A. DE C. V.	4	III.1 Plazo y lugar de entrega	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante se evalúe la posibilidad de que el Plazo de Entrega corra a partir de que el Licitante cuente con el contrato formalizado, ya que este instrumento es el requisito necesario para cumplir con el compromiso contratado por el licitante adjudicado, otorgando de manera efectiva los 90 días de entrega que se señalan en bases. ¿se acepta?	Id DEM: 4848, Respuesta: La respuesta no fue negativa, favor de revisar la respuesta otorgada a la pregunta con numero de consecutivo 383.	DEM
384	3485	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	3	III.2 Condiciones de entrega	SIN NUMERO SE SOLICITA QUE PARA LAS PARTIDAS 8, 14 Y 15; PARA EL RENGLO "d. Capacitación y entrega de información de operación y servicio" LA ENTREGA DEL SOFTWARE NO APLIQUE, YA QUE ESTE SE ENCUENTRA INTEGRADO AL MICROCONTROLADOR DEL EQUIPO, EL CUAL PUEDE VERIFICARSE CON LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 3485, Respuesta: Se precisa que en el inciso D. Capacitación y entrega de información de operación y servicio del Anexo No. 1.7, Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, se establece que en el caso de no aplicar alguno de los procesos solicitados porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, deberá especificarlo claramente en dicho apartado. Toda vez que en la oferta del equipo exista la debida correspondencia y concordancia entre lo ofertado y lo entregado justificando de manera adecuada que dicho software se encuentra integrado en el microcontrolador del equipo a ofertar y pueda ser debidamente referenciado por el licitante.	DEM
385	3486	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	4	III.2 Condiciones de entrega	SIN NUMERO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE AL MOMENTO DE LA INSTALACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION, SE ACEPTA UNA SOLA PLATICA PARA que nos de manera exclusiva y dedicada, para cada uno de los otorguen las FIRMAS las personas a cargo, y COMPROMETIENDONOS POR ESCRITO A ACORDAR CAPACITACIONES POSTERIORES	Id DEM: 3486, Respuesta: No se acepta su solicitud. Esta capacitación deberá realizarse en las Unidades Médicas de manera exclusiva y dedicada, para cada uno de los turnos en las Unidades Médicas, conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del Instituto. En	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
386	3710	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	13	III.2 Condiciones de entrega	CON LA UNIDAD MEDICA, esto con el fin de QUE EL PERSONAL TECNICO CONTINUE CON LA INSTALACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION EN OTRAS UNIDADES MEDICAS. ¿SE ACEPTA, nuestra petición?	caso de que las Unidades Médicas no cuenten con personal necesario para recibir la capacitación, el Instituto por conducto del Administrador del Contrato, deberá designar personal de otras Unidades Médicas para recibir la capacitación. En este contexto, el licitante adjudicado deberá ponerse en contacto con el Administrador del Contrato a fin de diseñar el plan a satisfacción del Instituto.	
387	4616	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5	III.2 Condiciones de entrega	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACLARE. HASTA CUANTO TIEMPO TIENEN ESTIMADO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBA DE MANTENER EN RESGUARDO LOS BIENES EN LOS CASOS QUE LA UNIDAD MEDICA NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE RECIBIR LOS BIENES. FAVOR DE ACLARAR	Id DEM: 3710, Respuesta: Se aclara que el objeto de la presente contratación es la Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017, por lo que las unidades médicas se encuentran en operación y en condiciones de recibir los bienes.	DEM
388	4617	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6	III.2 Condiciones de entrega	En el caso de los sitios donde se requiere desinstalar un equipo, se solicita a la Convocante aclarar si se requerirá transportar los mismos a otro destino o se dejarán en la misma Unidad Médica, de manera que se pueda considerar o no el costo del flete en las partidas que así lo requieran.	Id DEM: 4616, Respuesta: Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.	DEM
					Se entiende que las Unidades Médicas serán responsables de proveer el voltaje adecuado para el correcto funcionamiento de los equipos. ¿Es correcto?	Id DEM: 4617, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos,	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción1 11629 531.055.0024.03.01 Angiografía arco monoplano19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual el licitante</p>	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
389	4618	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7	III.2 Condiciones de entrega	En el caso de que la pregunta anterior sea negativa, se entiende que la Unidad Médica proveerá un espacio dentro de su subestación para la colocación de un transformador, ¿es correcto?	<p>deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviene únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.</p> <p>Id DEM: 4618, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR (Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema Compranet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
						<p>(y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 1 11629 531.055.0024.03.01 Angiógrafo arco monoplano 19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
390	4619	GE SISTEMAS MEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8	III.2 Condiciones de entrega	Se entiende que la Unidad Médica será responsable de proveer el sistema de aire acondicionado para la sala del equipo y cumplirá con las especificaciones de la guía mecánica. ¿Es correcto?	<p>Relativo a Visitas a Instalaciones* y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviene únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.</p> <p>Id DEM: 4619, Respuesta: Es correcto. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
391	4620	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9	III.2 Condiciones de entrega	Se solicita a la Convocante aclarar si las Unidades Médicas serán responsables de proveer una tierra dedicada aislada con impedancia menor a 2 Ohms para el funcionamiento óptimo del equipo	<p>equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 11629 531.055.0024.03.01 Angiógrafo arco monoplanar 19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.</p> <p>Id DEM: 4620, Respuesta: Es correcto. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción1 11629 531.055.0024.03.01 Mastografía monoplana19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa mas no limitativa, dentro de su propuesta, las</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
392	4621	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10	III.2 Condiciones de entrega	de Si la respuesta anterior fuera negativa, se solicita a la Convocante indicar expresamente que las Unidades Médicas proveerán de un espacio para dicha instalación	<p>adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.</p> <p>Id DEM: 4621, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR</p> <p>Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 1 11629 531.055.0024.03.01 Angiógrafo arco monoplanar.19 11824 531.341.2487 03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
393	4622	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11	III.2 Condiciones de entrega	Se entiende que las necesidades físicas, de complementarias así como mobiliario del equipo serán realizadas por las Unidades Médicas, ¿es correcto?	<p>realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.</p> <p>Id DEM: 4622, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA




Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 11629 531.055.0024.03.01 Angiografía arco monoplanar.19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de</p>	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
394	4623	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	12	III.2 Condiciones de entrega	Se entiende que las Unidades Médicas serán responsables de proveer los nodos de red en las salas donde se deban conectar equipos, así como acceso a internet para la transmisión de datos y acceso remoto al equipo. ¿Es correcto?	<p>todo aquel equipo que así lo requiera.</p> <p>Id DEM: 4623, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar, instalar, adecuar y poner en marcha el equipo de acuerdo a lo solicitado en el numeral: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR</p> <p>Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAAASP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 4.1 Proposición técnica 4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción1 11629 531 055.0024.03.01 Angiografía arco</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
395	4624	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13	III.2. Condiciones de entrega	Se solicita a la Convocante aclarar si los blindajes necesarios para las salas que así lo requieran, serán responsabilidad de las Unidades Médicas o de los proveedores.	monoplanar.19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
						<p>adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. 5.2.9. Visitas a las instalaciones institucionales Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien. Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado. Partida Clave PREI Clave SAI Descripción 1 11629 531.055.0024.03.01 Angiografía arco monoplanar. 19 11824 531.341.2487.03.01 Mastografía digital de campo completo. Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
396	4637	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	13.	51.- III.2 Condiciones de entrega	Se indica que la entrega será realizada bajo el esquema de DDP. Solicitamos que en concordancia con este esquema se confirme que las facturas amparando lo bienes entregados podrán ser sometidas a trámite de cobro una vez cumplida la entrega de los mismos. ¿Se acepta nuestra propuesta? En caso contrario favor de aclarar.	Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto. En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto interviendrá únicamente en la identificación de los requerimientos y guía del espacio físico en el que los equipos deberán ubicarse. La presentación de Guías Mecánicas, no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.	DEMM
397	4638	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	14	III.2 Condiciones de entrega	Toda vez que la falta de condiciones en la unidad Médica informada en su caso por el administrador del Contrato para la entrega de los equipos puede resultar ajena al Licitante adjudicado, y que este retraso resulta contrario a los costos que el mismo licitante considera en su proposición técnica, solicitamos a la convocanet establecer para la entrega, instalación y capacitación, un plazo lógico de espera para la entrega tal que permita realizar los trámites de cobro en concordancia con los tiempos del propio Instituto, evitando que por tales retrasos este cobro se diferido a un ejercicio posterior o aun peor, se convierta en un pasivo no reconocido.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que de conformidad con el numeral V. CONDICIONES DE PAGO de la presente convocatoria: <i>El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación probatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto.</i>	DEM
398	4639	GENESIS HEALTHCARE	15	III.2 Condiciones de entrega	Se indica que "El Proveedor deberá desinstalar y embalar los equipos existentes" Toda vez que las difeentes marcas capacitan a su personal deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para	Id DEM: 4638, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
399	4640	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	16	III.2 Condiciones de entrega	Con la finalidad de, en caso de asignación; contar con los elementos necesarios que apoyen la correcta entrega de los bienes, solicitamos detallar las áreas usuarias para cada equipo a las que hace referencia la convocatoria en el numeral 5 de este apartado a las que se debe entregar manuales.	Id DEM: 4640, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el apartado III.2 Condiciones de entrega del ANEXO 1 "Anexo Técnico, Términos y Condiciones", los Bienes deberán ser suministrados y puestos en operación, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato", para lo cual el Proveedor deberá coordinarse vía Correo Electrónico con el Administrador del Contrato, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Administrador del Contrato, a fin de que se le indique la fecha en que la Unidad Médica se encuentre en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción. En este contexto, el licitante adjudicado deberá coordinarse vía correo electrónico con el administrador de contrato a fin de determinar el suministro y puesta en operación de los bienes.	DEM
400	4641	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	17	III.2 Condiciones de entrega	¿Se indica que los licitantes adjudicados deberán entregar a la unidad de manera específica a las áreas de Conservación e Ingeniería Biomédica las licencias, software, claves de acceso de los equipos. ¿Debemos entender que a partir de ese momento es responsabilidad de estas áreas la custodia y el buen uso de tales claves así como de las modificaciones derivadas a los equipos y sistemas diferentes a las aplicadas por el proveedor o el fabricante de los equipos en las etapas de instalación o mantenimiento?	Id DEM: 4641, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
401	4667	INGENIERIA Y SISTEMAS	9	III.2 Condiciones de entrega	Entendemos que los programas calendarizados de mantenimiento preventivo no formarán parte de la oferta del licitante, sino únicamente acuerdo con el formato de llenado del Anexo No. 1.2	Id DEM: 4667, Respuesta: Es correcta su apreciación. De	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
		ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.			lo presentarán quienes sean adjudicatados, ¿es correcta esta interpretación?	"Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", "En el caso del Mantenimiento, el licitante deberá puntualizar el periodo de Garantía de los Bienes ofertados"	
402	4705	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	8	III.2 Condiciones de entrega	Inciso 5 ¿Es correcto entender que con "manuales de operación", la convocante hace referencia a los manuales de usuario de los equipos?	Id DEM: 4705, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que los manuales de operación son todos aquellos que se requieren para la Puesta en Operación del bien, entre los cuales puede incluirse los manuales de usuario, guías de operación, guías rápidas, etc.	DEM
403	4706	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	9	III.2 Condiciones de entrega	Inciso 5 Se solicita amablemente a la convocante permita entregar los manuales de servicio únicamente en idioma inglés ya que este tipo de textos se encuentra únicamente en dicho idioma sin importar el fabricante (de origen internacional) de los equipos. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4706, Respuesta: Se acepta su solicitud, en el entendido que la presente convocatoria acepta entregar manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, solicitado en el apartado III.2 Condiciones de entrega.	DEM
404	4707	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	10	III.2 Condiciones de entrega	Inciso 5 Se solicita amablemente a la convocante aclarar detalladamente a que se refiere con "Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional, en idioma español".	Id DEM: 4707, Respuesta: Se precisa que el personal de la unidad médica de que se trate recibirá la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso restringido del Instituto.	DEM
405	4861	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	12	III.2 Condiciones de entrega	Anexo No. 1 "Anexo Técnico, Términos y Condiciones." En el inciso Id DEM: 4861, Respuesta: No es correcta su apreciación. "III.2 Condiciones de entrega" párrafo tercero se indica: "Para lo Deberá entregar lo solicitado en los numerales: 4 anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002...". Estas normas tienen establecido como campo de aplicación los establecimientos hospitalarios, sus responsables y directivos, por lo que quedan a cargo de las unidades médicas el cumplimiento de esas normas oficiales mexicanas, ya que la presente adquisición no incluye adecuar áreas físicas ni trabajos de obra civil. ¿Es lo correcto indicado en párrafo anterior?	Id DEM: 4861, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá entregar lo solicitado en los numerales: 4 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema de CompraNet, la siguiente documentación: v4.1 Proposición técnica. 4.1.6 Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.	DEM
406	4862	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	13	III.2 Condiciones de entrega	Anexo 1. Anexo Técnico, Términos y Condiciones. Inciso III.2 Id DEM: 4862, Respuesta: De conformidad con lo Condiciones de entrega. Párrafo 4. ¿Podría realizarse el informe para establecido en el apartado III.2 Condiciones de entrega Iniciar la instalación de los bienes que se debe dirigir al Director de la de la presente convocatoria, "Los Bienes deberán ser		DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
407	4863	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	14	III.2 Condiciones de entrega	En los documentos a entregar en el numeral 5 se indica: "5. El personal de la unidad médica de que se trate recibirá la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso restringido del Instituto, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe: - Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, preferentemente impresa y en idioma español." ¿se acepta por la convocante que se entreguen los dos juegos de manuales de operación que se mencionan, pero en medio magnético?	Unidad Médica, por medio de correo electrónico? Esto optimizará los recursos para la entrega en toda la república. ¿De ser afirmativa la respuesta, podría esta convocante proporcionar a los licitantes el directorio de Directores de Unidades Médicas, incluidas las UMAES?	DEM
408	3775	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C. V.	20	III.2.1 CAPACITACIÓN	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme, si la capacitación mencionada deberá ser al momento de la entrega de los bienes, en caso de ser adjudicado. Favor de Confirmar.	Id DEM: 4863, Respuesta: No es correcta su apreciación. Para el suministro y puesta en operación de los bienes, el Proveedor deberá coordinarse vía Correo Electrónico con el Administrador del Contrato. En este contexto la documentación que se entregará en la Entrega de Recepción de los bienes está sujeta a las disposiciones de la unidad a través del administrador de contratos.	DEM
409	4579	COMERLAT, S.A. DE	16	III.2.1	DICE: El Proveedor se obliga a proporcionar la capacitación bajo los Id DEM: 4579, Respuesta: No se acepta su solicitud. De	Id DEM: 3775, Respuesta: De conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, acorde al inciso D. Capacitación y entrega de información de operación y servicio. La capacitación se deberá llevar a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto, quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro del término de la vigencia de la garantía, a solicitud del instituto, siendo necesario establecer con el Administrador de Contrato y el personal usuario de las Unidades Médicas la programación de los cursos de capacitación necesarios para el uso y manejo del equipo médico entregado, debiendo cumplir el 100% de requisitos para efectos del pago correspondiente.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
410	4580	COMERLAT, S.A. DE C.V.	17	III.2.1 CAPACITACIÓN	terminos que a continuación se detallan, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico". PREGUNTA: En caso de que la capacitación no pueda llevarse a cabo por causas NO imputables al proveedor, solicitamos a la convocante que para no atrasar los tramites de facturación nos permita presentar una carta comprometiendonos a llevar a cabo dicha capacitación en una fecha propuesta por la convocante y de esta forma poder realizar los tramites correspondientes para el pago. ¿Se acepta?	Id DEM: 4580, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Bienes de Inversión, acorde al inciso D. Capacitación y entrega de información de operación y servicio. La capacitación se deberá llevar a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto, quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro del término de la vigencia de la garantía, a solicitud del instituto, siendo necesario establecer con el Administrador de Contrato y el personal usuario de las Unidades Médicas la programación de los cursos de capacitación necesarios para el uso y manejo del equipo médico entregado, debiendo cumplir el 100% de requisitos para efectos del pago correspondiente.	DEM
411	4581	COMERLAT, S.A. DE C.V.	18	III.2.1 CAPACITACIÓN	Dice: La capacitación se realizará a la entrega, instalación y puesta en operación según el tipo de equipo en la Unidad Médica. Debido a que se tiene que capacitar al personal de todos los turnos de los hospitales y este proceso puede llevar varios días por cada unidad médica, solicitamos a la convocante nos permita en caso de resultar adjudicados, capacitar a los usuarios de las diferentes unidades con equipos demo idénticos a los que se entregarán. Esto con el fin de acelerar el proceso de capacitación y tener la capacidad de terminar las capacitaciones de manera simultánea con las entregas en tiempo y forma. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4581, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Bienes de Inversión, acorde al inciso D. Capacitación y entrega de información de operación y servicio. La capacitación se deberá llevar a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto, quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro del término de la vigencia de la garantía, a solicitud del instituto, siendo necesario establecer con el Administrador de Contrato y el personal usuario de las Unidades Médicas la programación de los cursos de capacitación necesarios para el uso y manejo del equipo médico entregado, debiendo cumplir el 100% de requisitos para efectos del pago correspondiente.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
412	4582	COMERLAT, S.A. DE C.V.	19	III.2.1 CAPACITACIÓN	DICE: El Proveedor se obliga a proporcionar la capacitación bajo los términos que a continuación se detallan, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico". PREGUNTA: Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de resultar adjudicados y con el fin de agilizar las capacitaciones nos permita concentrar al personal de diferentes unidades médicas de una misma ciudad en una sede específica acordada previamente con las diversas unidades médicas involucradas. ¿Se acepta?	el personal usuario de las Unidades Médicas la programación de los cursos de capacitación necesarios para el uso y manejo del equipo médico entregado, debiendo cumplir el 100% de requisitos para efectos del pago correspondiente.	DEM
413	3496	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	2	IV. GARANTÍA DE LOS BIENES	...EN EL QUE SE INDIQUE LA COBERTURA AMPLIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN. ENTENDEMOS QUE SE ENTIENDE EN EL CONCEPTO DE "CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTE", LOS CASOS DONDE EXISTA DESGASTE NATURAL POR EL USO DEL EQUIPO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA OFERTADO POR CADA LICITANTE Y NO POR EL MAL USO, CUIDADO Y OPERACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE Y USUARIO DE EQUIPO ENTREGADO POR LOS PROVEEDORES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	Id DEM: 3496, Respuesta: No es correcta su apreciación. Las condiciones del canje o devolución del bien se encuentra debidamente descrito en el punto IV.1.1 de la presente convocatoria, y se precisa que en los supuestos que señala el licitante, deberá acreditar que los equipos médicos presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica la garantía, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.	DEM
414	3497	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	IV. GARANTÍA DE LOS BIENES	ENTENDEMOS QUE NO APLICA GARANTÍA DE LOS BIENES EN LOS CASOS QUE EL DAÑO QUE PRESENTE EL EQUIPO SEA POR EL MAL USO, CUIDADO Y OPERACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL USUARIO DE EQUIPO, ENTENDEMOS QUE LAS PARTES O REFACCIONES QUE SEAN DAÑADAS, ROTAS O AVERIADAS, QUE SEÑALA EL LICITANTE, DEBERÁ ACREDITAR QUE LOS EQUIPOS SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA LUGAR DE DESTINO EL REPONER, ADQUIRIR Y CAMBIAR DICHAS PARTES O REFACCIONES DE LOS EQUIPOS?	Id DEM: 3497, Respuesta: No es correcta su apreciación. Las condiciones del canje o devolución del bien se encuentra debidamente descrito en el punto IV.1.1 de la presente convocatoria, y se precisa que en los supuestos que señala el licitante, deberá acreditar que los equipos médicos presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica la garantía, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.	DEM
415	3712	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	15	IV. GARANTÍA DE LOS BIENES	DE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, EN LOS CASOS QUE LA UNIDAD MÉDICA NO ESTE EN CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ES LA "Adquisición de Equipo Médico para RECIBIR LOS BIENES, LA GARANTÍA DE LOS BIENES INICIE A cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de PARTIR DEL RESGUARDO POR PARTE DEL PROVEEDOR. ¿SE EQUIPO Médico en Unidades de los tres niveles de	Id DEM: 3712, Respuesta: Dado que el objetivo de la adquisición de equipo médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
					ACEPTA?	atención a la salud del IMSS, 2017", las unidades médicas se encuentran en operación y en condiciones de recibir los bienes. En este contexto, la garantía iniciará a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto.	
416	4642	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	18	IV. GARANTÍA DE LOS BIENES	Toda vez que en concordancia con lo dispuesto por los numerales 1.4 y 2.1 de la convocatoria, ¿Debemos entender que como plazo máximo el periodo de garantía correrá como máximo a partir del día último del año 2017 cuando por causas relativas al propios Instituto no sea posible efectuar la entrega, instalación o capacitación?	Id DEM: 4642, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con lo solicitado en el apartado IV "GARANTÍA DE LOS BIENES", "El Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, en el que se garantice los bienes por 36 meses o en caso de así haberlo ofertado, de 42 que incluye mantenimiento mayor o 48 meses, a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, el cual deberá corresponder con el señalado en Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo No. 1.2)." Asimismo de lo solicitado en el instructivo de llenado del citado Anexo No. 1.2: "En el caso del Mantenimiento, el licitante deberá puntualizar el periodo de Garantía de los Bienes ofertados." En este contexto, la garantía iniciará a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto.	DEM
417	4668	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	10	IV. GARANTÍA DE LOS BIENES	Respecto a la garantía de los bienes, entendemos que el escrito mencionado en este numeral deberá entregarlo el proveedor adjudicado, sin ser obligatorio presentar dicho escrito en la oferta que se subirá a Compranet. Por otro lado, para efectos de la presentación de ofertas, será suficiente la manifestación de garantía en la columna 6 (seis) del Anexo No. 1.6 y en el rubro Mantenimiento del Anexo 1.2 (descripción amplia y detallada de los bienes ofertados; ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4668, Respuesta: No es correcta su apreciación. Adicionalmente a lo solicitado en el Anexo No. 1.6 "Criterios de Evaluación Técnico Administrativa", de conformidad con lo solicitado en el apartado IV. "GARANTÍA DE LOS BIENES", "El Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, en el que se garantice los bienes por 36 meses o en caso de así haberlo ofertado, de 42 que incluye mantenimiento mayor o 48 meses, a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, el cual deberá corresponder con el señalado en Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo No. 1.2)." Asimismo de lo solicitado en el instructivo de llenado del citado Anexo No. 1.2: "En el caso del Mantenimiento, el licitante deberá puntualizar el periodo de Garantía de los Bienes ofertados."	DEM
418	4643	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	19	IV.1 Mantenimiento	Toda vez que en concordancia con lo dispuesto por los numerales 1.4 y 2.1 de la convocatoria, ¿Debemos entender que como plazo máximo el periodo de mantenimiento correrá como máximo a partir del día último del año 2017 cuando por causas relativas al propios Instituto no sea posible efectuar la entrega, instalación o capacitación?	Id DEM: 4643, Respuesta: Para estar en posibilidad de brindar una respuesta clara y precisa en términos del artículo 33 de la LAASSP, se requiere que el licitante indique a que tipo de mantenimiento está haciendo mención, en virtud de que se encuentran solicitados	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Area que atiende
419	4644	GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.	20	IV.1.1 Mantenimiento	IV.1.1 Se solicita a la convocante indicar el plazo máximo con que cuenta la unidad para solicitar el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas o calidad inferior a la propuesta o vicios ocultos.	Mantenimientos Preventivos y Correctivos Id DEM: 4644, Respuesta: No existe dicho plazo máximo, toda vez que el licitante que resulte ganador (Proveedor) deberá canjear el bien conforme al numeral IV. GARANTÍA DE LOS BIENES y IV.1.1 Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, a quien, dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados notificará al proveedor, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, la solicitud al Proveedor, del canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Debiendo notificar al Proveedor.	DEM
420	4708	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	11	IV.1.1 Mantenimiento	¿Es correcto entender que, para garantizar la existencia de refacciones de los bienes ofertados, se deberá entregar carta del fabricante donde manifieste dicha existencia durante los siguientes 7 años posteriores al vencimiento de la garantía?	Id DEM: 4708, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el apartado IV.1.1 Mantenimiento del ANEXO 1 "Anexo Técnico, Términos y Condiciones", posterior al vencimiento de la garantía se deberá garantizar, durante un periodo mínimo de 7 (siete) años la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
421	3678	BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3	IV.1.A Mantenimiento preventivo	Se entiende que es posible realizar un mantenimiento preventivo anual para los equipos de la partida 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso. ¿Es correcto?	Id DEM: 3678, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá atender lo solicitado en el numeral IV.1.A Mantenimiento preventivo debidamente descrito en las bases de la presente convocatoria.	DEM
422	4583	COMERLAT, S.A. DE C.V.	20	IV.1.B Mantenimiento correctivo	PREGUNTA: debemos entender que cuando exista una falla derivada de un mal uso o negligencia por parte del área usuaria del hospital, el costo por el servicio de mantenimiento correctivo correrá por parte de la unidad médica y no formará parte de la garantía ¿Es correcto?	Id DEM: 4583, Respuesta: No es correcta su apreciación. Las condiciones del canje o devolución del bien se encuentran debidamente descrito en el punto IV.1.1 de la presente convocatoria, y se precisa que en los supuestos que señala el licitante, deberá acreditar que los equipos médicos presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica la garantía, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.	DEM
423	4673	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	5	IV.1.3. Tiempos máximos de reparación y atención	Se solicita a la convocante 8 días hábiles posteriores al reporte por escrito para la atención y reparación de fallas. ¿Se acepta nuestra IV.1.3. Tiempos máximos de reparación y atención propuesta?	Id DEM: 4673, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a la descripción solicitada en el apartado IV.1.3. Tiempos máximos de reparación y atención de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
424	3711	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	14	V. CONDICIONES DE PAGO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARAR, EN LOS CASOS QUE LA UNIDAD MÉDICA NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE RECIBIR LOS BIENES Y ESTOS QUEDEN A RESGUARDO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. ¿CUALES SERIAN LAS CONDICIONES DE PAGO? FAOR DE ACLARAR	fallas, establecido en la presente convocatoria, en el que se indica que éste corresponde a 6 días hábiles posteriores al reporte por escrito.	DEM
425	4578	COMERLAT, S.A. DE C.V.	15	62.- CONDICIONES PAGO	V. DICE: El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa V. CONDICIONES DE PAGO de la presente del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto. PREGUNTA: Solicitamos a la convocante realizar pagos parciales conforme se haga entrega a cada delegación o UMAE de acuerdo a la cantidad asignada a cada una de ellas conforme al anexo 1.4, debido a que la formalización de los contratos sera de la misma manera de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.7 de estas bases. ¿Se acepta?	El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada , a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto..	DEMM
426	4864	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	15	62.- CONDICIONES PAGO	V. Anexo 1. Anexo Técnico, Términos y Condiciones. Inciso V. Condiciones de pago. Referente a la documentación comprobatoria, ha ocurrido que las Unidades Médicas NO OTORGAN "número de tránsito o de alta" y refieren un documento denominado "ENVÍO Y RECEPCIÓN DE PEDIDO DEL PREI" Para cumplir este aspecto: ¿Podría aclarar y unificar esta convocante qué documento o número entregarán o emitirán las unidades médicas receptoras de los equipos, incluidas las UMAES?	V. Remitirse a precisión administrativa número 2	DEMM
427	4865	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	16	62.- CONDICIONES PAGO	V. Anexo 1. Anexo Técnico, Términos y Condiciones. Inciso V. Condiciones de pago. Referente a la documentación comprobatoria, de no contarse con el contrato por causas no atribuibles al proveedor: ¿Se recibirá la documentación para trámite de pago sin exigir esa copia del contrato?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no es correcta su apreciación: De conformidad con el numeral V. CONDICIONES DE PAGO de la presente convocatoria La documentación comprobatoria será: 1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique: a) Número de Proveedor b) Número de Contrato c) Número de tránsito o de alta(s)	DEMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>d) Número de fianza y nombre de la afianzadora</p> <p>2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión.</p> <p>3. Copia del contrato.</p> <p>4. Remisión del pedido.</p> <p>5. Copia de la fianza.</p> <p>6. Original de la carta garantía entregada en las unidades de destino de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión".</p> <p>7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:</p> <p>a) Número de contrato</p> <p>b) Número de Proveedor</p> <p>8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la fecha de presentación con el administrador de contrato, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DJR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.</p> <p>1. En el caso de que algún particular:</p> <p>a) No se encuentre registrado ante este Instituto</p> <p>b) Ciente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;</p> <p>c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro social.</p> <p>No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
						<p>presentando lo siguiente:</p> <p>I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO SA1.HCT.101214/281.P.DIR;</p> <p>II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multiplicada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;</p> <p>III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).</p> <p>2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multiplicada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.</p> <p>3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multiplicadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate si se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.</p>	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
428	4866	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	17.	62.- CONDICIONES DE PAGO	V. Anexo 1. Anexo Técnico, Términos y Condiciones. Inciso V DE Condiciones de pago. Último parte del primer párrafo. ¿La validación y autorización previa del administrador del contrato, será y bastará únicamente la firma del que se refiere como administrador del contrato en el anexo 1.4 de la presente convocatoria y firmada la factura únicamente por él mismo?	Así mismo, Remitirse a precisión administrativa número 2.	DEMM
429	4867	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	18.	62.- CONDICIONES DE PAGO	V. En el antepenúltimo párrafo de este numeral se indica: "Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente." ¿Los licitantes adjudicados tendremos que realizar algún trámite ante las URG (unidades responsables del gasto) para que registren oportunamente los contratos y su dictamen presupuestal en el sistema PREI?	Remitirse a precisión administrativa número 2.	DEMM
430	3745	OURUX, S.A. DE C.V.	5	VI. PENAS CONVENCIONALES	PLANTEAMIENTO. EL NO ENTREGAR DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PODRÁ SER MOTIVO DE UNA SANCIÓN ECONÓMICA (1.25%)E INCLUSIVE RECISIÓN DEL CONTRATO, CREEMOS QUE PARA ENTREGAR EN TIEMPO 120 DIAS SERIA LO MAS APROPIADO ASUMIENDO QUE LOS LICITANTES QUE PRETENDEMOS PARTICIPAR SI QUEREMOS CUMPLIR EN TIEMPO SI ESTE ES RAZONABLE. PREGUNTA. ¿CORREGIRÁ LA INSTITUCIÓN EL PLAZO DE ENTREGA A 120 DIAS?	Id DEM: 3745, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	DEM
431	4674	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	6	ANEXO No. 1.1	Todas las partidas Entendemos que los puntos de las cédulas técnicas correspondientes a los títulos, es decir, "1.-Definición, 2.-Descripción, 3, 4, ..., 9. Normas" no requieren referenciarse ya que hacen alusión a las separaciones (títulos) de parte de la cédula ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4674, Respuesta: Es correcta su apreciación, así como en su caso lo referente a la Definición.	DEM
432	4691	LUIS ANGEL MARTINEZ AGUIRRE	16	ANEXO No. 1.1	Anexo 1.7 y 1.8, Esos anexos los debe requisitar la Convocante, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4691, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberán requisitarse de forma coordinada con el personal de la Unidad Médica de Destino Final de los bienes receptora, el Administrador del contrato y los licitantes y de conformidad con el numeral 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN que en la parte conducente señala: "...Los licitantes para la presentación de su proposición, deberán las cuales serán verificadas de manera detallada al momento de la Entrega-Recepción, en las Unidades Médicas del Instituto, destino de los mismos, dejando constancia mediante "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" o "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
433	4849	GRUPO REINET, S. A. DE C. V.	5	ANEXO No. 1.1	Con respecto a la Partida 19.- Mastografía Digital de campo Completo, nos podrían confirmar si la cantidad correcta de equipos a licitar son 39 ya que en el anexo 1.4 Guías de Distribución contamos 38 solamente. Favor de confirmar	Inversión contenidas en los Anexos Nos. 1.7 y 1.8 de la presente Convocatoria, respectivamente. Id DEM: 4849, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.	DEM

1. **DEMIM.-** División de Equipo y Mobiliario Médico en su calidad de área contratante, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

2. DEM.- División de Equipamiento Médico en su calidad de área técnica, dependiente de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.

Página 188 de 188

Respuestas a preguntas planteadas a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales No. LA-019GYR040-E8-2017 (Electrónica) para la "Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017".

II.- Preguntas y respuestas técnicas sobre características de equipo médico (relacionadas con la cédula de descripción de artículo).

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
434	5249	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	8	35	Ultrasonógrafo básico.	2.13	Entendemos que debido a la información plasmada por el fabricante en sus catálogos, podremos referenciar este punto atendiendo a la descripción solicitada en el numeral 2.13 Zoom como Zomm en tiempo real de alta definición HD ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 5249, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.13 Zoom en tiempo real de 8X o mayor y/o alta definición (HD), establecido en la presente convocatoria.
435	5250	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	9	35	Ultrasonógrafo básico.	2.22	Debido a que uno de los problemas persistentes en los pacientes es la aterosclerosis que resulta ser una enfermedad generalizada, se deba ofertar crecimiento a medición de la Intima Media por el método de radio frecuencia ya que ha mostrado en la práctica ser un factor de asociación con esta enfermedad cardiovascular ¿Se acepta?	Id DEM: 5250, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad de escalamiento de hardware y software y crecimiento a medición de la Intima Media por el método de radio frecuencia, como opción para el punto 2.22., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
436	5251	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	10	35	Ultrasonógrafo básico.	2.30.3	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que una de las características primordiales en este tipo de transductor es el ángulo o campo de visión, se deba ofertar de al menos 200° o mayor, esto generará una mejor amplitud de visión además que generará menor incomodidad al paciente ¿Se acepta?	Id DEM: 5251, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor intracavitario con el rango de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con campo de visión de 200° o mayor, con frecuencias armónicas, incluir guía de biopsia reusable. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.30.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
437	6279	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	15	1	Angiógrafo arco monoplanar.	1.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR "SISTEMA DE RAYOS "X" CARDIACO Y VASCULAR QUE ADQUIERE AUTOMÁTICAMENTE LA IMAGEN DIGITAL USANDO UN FPD (DETECTOR DE PANEL PLANO), QUE APLICA EL PROCESAMIENTO DIGITAL Y MUESTRA LA IMAGEN PARA SU REVISIÓN", QUE ES COMO APARECE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6279, Respuesta: No es correcta su apreciación. Del Anexo No. 1.2. Descripción amplia y detallada de los bienes en el INSTRUCTIVO DE LLENADO: Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse.
438	5685	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	7	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.2.1	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una rotación en grados de 100° o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5685, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Rotación con proyección RAO en grados de 110° o mayor.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
439	6280	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	16	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.2.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR "ANGULACIÓN CRÁNEO CAUDAL (CC) ±45°" COMO "CRA 50°/CAU 45°", QUE ES COMO APARECE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE, ADEMÁS DE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	con velocidad de 20°/s o mayor, establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 6280, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad de angulación cráneo caudal de CRA 50°/CAU 45°, como opción para el punto 2.2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
440	6541	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	5	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.2.4	Ya que el movimiento axial del detector se refiere al movimiento de alejamiento y acercamiento al paciente. Solicitamos amablemente a la convocante referenciar este punto como: los detectores planos están dotados de telas de membrana para ajustar la distancia foco-imagen (DFI) desde el foco de la fuente de rayos X al plano receptor de imagen del FD, que es equivalente a lo solicitado es solo por tema de referencia ¿se acepta?	Id DEM: 6541, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.4. Movimiento axial motorizado de pantalla plana (Flat Panel), para ajustar la distancia foco-paciente, establecido en la presente convocatoria.
441	6281	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	17	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.5.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "TUBO DE RAYOS X CON 2 PUNTOS FOCALES EN MM. UNO DE ELLOS DE 0.7MM O MENOR Y DE 1.2 O MENOR, LO CUAL NO TIENE NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA CON EL PACIENTE Y PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN SIN PROBLEMAS DE LOS ESTUDIOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6281, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1 Tubo de rayos X con 2 o 3 puntos focales en mm, uno de ellos de 0.5 o menor y de 0.8 o menor y en caso de un tercer punto 1.0 o menor., establecido en la presente convocatoria.
442	5944	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	13	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.5.2	Debido a que, en las salas de intervención del instituto, los angiografos son altamente productivos (hasta 150 pacientes mensuales), es necesario que el equipo tenga un tubo y/o un ánodo más potente ya que de esta forma se garantiza que el equipo no se sobrecaliente en el día a día, evitando parar el servicio por sobrecalentamiento o por cambio de tubo. Por dicha razón, ¿es correcto entender que se deberá ofertar un ánodo con una capacidad de disipación de al menos 5100 KHU?	Id DEM: 5944, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con capacidad técnica de almacenamiento del ánodo de 2.5 MHU o mayor, o 2.4 MHU con un capacidad de disipación del ánodo de 5100 KHU/min, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
443	6282	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	18	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.5.4	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FRECUENCIA DE PULSOS DE FLUOROSCOPIA 30 PPS", QUE ES "ASI COMO EL FABRICANTE DESCRIBE ESTA CARACTERÍSTICA Y NO SE LIMITA ÚNICAMENTE A ESTUDIOS	Id DEM: 6282, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con frecuencia de pulsos de fluoroscopia 30 pps para cardiología, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
444	5686	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	8	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.5.5	PARA CARDIOLOGIA, ADEMÁS DE QUE NO TIENE NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA CON LOS ESTUDIOS A REALIZAR. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5686, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5 Fluoroscopia pulsada para vascular de 7.5 pulsos/segundo o menor, establecido en la presente convocatoria.
445	6283	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	19	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.5.5	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FRECUENCIA DE PULSOS DE FLUOROSCOPIA 7.5 PPS", QUE ES ASI COMO EL FABRICANTE DESCRIBE ESTA CARACTERISTICA Y NO SE LIMITA ÚNICAMENTE A ESTUDIOS VASCULARES, ADEMÁS DE QUE NO TIENE NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA CON LOS ESTUDIOS A REALIZAR. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6283, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con frecuencia de pulsos de fluoroscopia 7.5 pps para vascular, como opción para el punto 2.5.4., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
446	6284	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	20	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.6	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "MESA DE CATERIZACIÓN", QUE ES ASI COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA MESA PARA EL EQUIPO DE ANGIOGRAFIA, ADEMÁS DE QUE ES LA MESA ADECUADA PARA EL TIPO DE ESTUDIOS A REALIZAR. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6284, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con mesa de caterización, como opción para el punto 2.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
447	5946	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	15	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.6.5	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un soporte de peso de 150kg o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5946, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.5 Capacidad de soporte de peso del paciente de 200 Kg o mayor, más peso de accesorios y maniobras de RCP, establecido en la presente convocatoria.
448	6542	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	6	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.6.6	Solicitamos amablemente a la convocante poder referenciar este punto como rotación de la mesa de $\pm 120^\circ$ con una imagen que demuestre que el movimiento supera el movimiento solicitado, es solo por temas de referencia, ¿se acepta?	Id DEM: 6542, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango de pivoteo sobre el eje de la columna central de $\pm 120^\circ$ o mayor, como opción para el punto 2.6.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
449	6285	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	21	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.7.13	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "ANGLE SYNCHRONIZATION (SINCRONIZACIÓN DEL ANGULO): IMAGE&C-ARM BI-DIRECTIONAL (IMAGEN&BRAZO EN C BIDIRECCIONAL) QUE ES LA NOMENCLATURA CON QUE EL FABRICANTE DESCRIBE ESTA CARACTERISTICA, CON LO CUAL EL EQUIPO REALIZA LA FUNCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6285, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.13 Con posicionamiento automático del arco y de los colimadores a partir de una imagen adquirida, establecido en la presente convocatoria.
450	6286	CASA PLARRE,	22	1	Angiógrafo arco	2.7.18	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO	Id DEM: 6286, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			monoplanar.		FILTROS DE COBRE + ALUMINIO + Au (ORO) INSERTADOS AUTOMÁTICAMENTE, CON LO CUAL SE ASEGURA UN MEJOR FILTRADO, ADEMÁS DE QUE NO INTERFIERE CON LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y LOS ESTUDIOS A REALIZAR. ¿ES CORRECTO?	acepta ofertar equipo con filtros de cobre + aluminio y aluminio + au (oro) insertados automáticamente para reducción de dosis, como opción para el punto 2.7.18., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
451	6287	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	23	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.7.19	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "MULTI-DATA FUSION (SCORE 3D) PROTOCOL", QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6287, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.19 Fusión de imágenes o DICOM para TC y RMI con cualquier marca., establecido en la presente convocatoria.
452	5687	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	9	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.7.9	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una pantalla de 15" o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5687, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.9 Al menos una pantalla plana LCD o TFT monocromática de 19" o mayor, establecido en la presente convocatoria.
453	6288	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	24	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.8	ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6288, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8 Sistema de procesamiento de imagen, establecido en la presente convocatoria.
454	5322	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.8.11.1	Se solicita a la Convocante se elimine esta característica, ya que por regla general las imágenes que se envían a impresión son imágenes post-procesadas, por lo que no es necesario este requerimiento en el sistema de procesamiento primario y este requisito ya está siendo solicitado en el punto 2.9.11.1, por lo que existe una duplicidad innecesaria. ¿Se acepta referenciarlo sólo en el punto 2.9.11.1?	Id DEM: 5322, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.11.1 DICOM Print Management, establecido en la presente convocatoria.
455	6290	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	26	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.8.11.1	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "DICOM PRINT", QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6290, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con DICOM PRINT, como opción para el punto 2.8.11.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
456	5323	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.8.12	Se solicita a la Convocante se elimine esta característica, ya que la práctica habitual indica que no se graban imágenes en un CD o DVD antes de su post-procesamiento, por lo que no es necesario este requerimiento en el sistema primario y este requisito ya está siendo solicitado en el punto 2.9.12, por lo que existe una duplicidad innecesaria. ¿Se acepta referenciarlo sólo en el punto	Id DEM: 5323, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.12 Sistema de almacenamiento de imágenes en CD o DVD., establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
457	6289	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	25	1	Angiografía arco monoplanar.	2.8.8	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO INDICANDO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO DIGITAL LA CUAL ES PARTE DEL EQUIPO ASÍ COMO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6289, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.8 Con análisis LVA, QCA, QVA con calibración automática y manual, medición de estenosis, tanto en el equipo como en la estación de trabajo, establecido en la presente convocatoria.
458	6543	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	7	1	Angiografía arco monoplanar.	2.8.8	¿Debemos entender que el análisis LVA, QVA y QCA deberá estar colocado en la estación de adquisición del equipo para un mejor flujo de trabajo dentro de la sala de hemodinamia? ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6543, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.8 Con análisis LVA, QCA, QVA, con calibración automática y manual, medición de estenosis, tanto en el equipo como en la estación de trabajo, establecido en la presente convocatoria.
459	6291	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	27	1	Angiografía arco monoplanar.	2.9	ENTENDEMOS QUE LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN FUNGIRÁ TAMBIÉN COMO ESTACIÓN DE TRABAJO O SE PODRÁN HACER POSTPROCESAMIENTO EN LA CUAL SE PODRÁN HACER TODAS LAS FUNCIONES SOLICITADAS SIN NINGUNA RESTRICCIÓN, DE TAL FORMA QUE ESTO NO INCREMENTARÁ EL COSTO DE LA OFERTA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6291, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9 Estación de Trabajo o post-procesamiento, establecido en la presente convocatoria.
460	6295	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	31	1	Angiografía arco monoplanar.	2.9.11.1	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "DICOM PRINT", QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6295, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con "DICOM PRINT", como opción para el punto 2.9.11.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
461	6544	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	8	1	Angiografía arco monoplanar.	2.9.3	Por dificultad de la referencia textual, solicitamos amablemente a la convocante poder referenciar este punto como: volumen de modo dual, huesos, materiales (por ejemplo, clips de aneurisma, coils, electrodos de estimulación) y los vasos se pueden visualizar en una representación 3D y con una imagen que demuestre la aplicación que es equivalente a lo solicitado ¿se acepta?	Id DEM: 6544, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.3 Programa para Supresión de hueso en 3D, establecido en la presente convocatoria.
462	6292	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	28	1	Angiografía arco monoplanar.	2.9.5	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "(MPR) TOMOGRAPHIC IMAGE (IMPR) IMAGEN TOMOGRAFICA)", QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6292, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.5 Adquisición de imágenes tomográficas o imágenes de bajo contraste, establecido en la presente convocatoria.
463	6293	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	29	1	Angiografía arco monoplanar.	2.9.6	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO:	Id DEM: 6293, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			monoplanar.		"EXTRACT AORTA", QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. ¿SE ACEPTA?	atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.6 Programa para reemplazo de válvulas aórticas, establecido en la presente convocatoria.
464	4395	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	3	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.9.6	Debemos entender que además del programa para colocación de válvulas aórtica se deberá ofertar software que permita crear imágenes tomográficas del corazón y de la aorta izquierda esto para optimizar el flujo de trabajo, asegurar la anatomía y el posicionamiento del paciente y para una visualización de alta resolución de las estructuras cardíacas en 3D. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4395, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar programa para reemplazo de válvulas aórticas además software que permita crear imágenes tomográficas del corazón y de la aorta izquierda para una visualización de alta resolución de las estructuras cardíacas en 3D, como opción para el punto 2.9.6, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
465	6294	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	30	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.9.9	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "3D RECONSTRUCTION", QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS, ADemás DE QUE NO SE LIMITA A LA RECONSTRUCCIÓN VASCULAR PERIFÉRICA, CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6294, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.9 Reconstrucción 3D vascular periférico, establecido en la presente convocatoria.
466	6296	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	32	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.1	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR PARA EL INVECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE EL RANGO DE PRESIÓN, EN EL QUE EL LÍMITE INFERIOR SEA DE 100 PSI O MENOR Y EL LÍMITE SUPERIOR SEA DE 1000 PSI O MAYOR CON LO CUAL SE SOBRE ENTIENDE QUE TRABAJA CON ALTA PRESIÓN, DE TAL FORMA QUE CON ESTO SE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6296, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
467	6297	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	33	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE POLIGRAFÍA QUE VENGA DE PAISES DENTRO DEL MISMO CONTINENTE AMERICANO, INDEPENDIENTEMENTE SI ESTÁ DENTRO DEL GRUPO DE PAISES QUE SE CUENTE CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, DEL TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, TOMANDO EN CUENTA QUE LA UNIDAD PRINCIPAL (EL ANGIÓGRAFO) PROVIENE DE PAISES	Id DEM: 6297, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Sistema de Poligrafía interfazado al equipo de la misma marca del angiografo, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
468	6298	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	34	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2	EN LOS CUALES MÉXICO SI TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO LO ANTERIOR NO TENDRÍA NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA CON EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE POLIGRAFÍA INTERFASADO AL EQUIPO DE DIFERENTE MARCA DEL ANGIÓGRAFO, LO CUAL NO AFECTARÁ EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO PRINCIPAL Y PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6298, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Sistema de Poligrafía interfaseado al equipo de la misma marca del angiógrafo, establecido en la presente convocatoria.
469	4398	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	6	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.11.2	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar nuestro equipo que realiza la medición del Volumen Sistólico (también conocido como volumen de telesistole) directamente en el angiógrafo, y el cual es mostrado en el informe al término del análisis LVA, lo cual no limita la aplicación clínica del equipo y al término este puede ser enviado al sistema de poligrafía ¿se acepta?	Id DEM: 4398, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.11.2 Volumen Sistólico establecido en la presente convocatoria.
470	4396	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	4	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.3	Solicitamos amablemente a la convocante poder referenciar este punto como: Es posible marcar cómodamente los eventos de las formas de onda, con rectángulos, flechas e introducción de texto libre, utilizando herramientas de edición familiares de tipo Windows. El almacenamiento y la impresión de estas anotaciones le permiten revisar de un vistazo los hallazgos más significativos. Que es equivalente a lo solicitado, ¿se acepta?	Id DEM: 4396, Respuesta: Se acepta ofertar marcar los eventos de las formas de onda, con rectángulos, flechas e introducción de texto libre, utilizando herramientas de edición familiares de tipo Windows, mínimo de las curvas de presión: ART, PAO, PVI, PAP, WDG, PAD, PVD y PAI, como opción para el punto 3.2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
471	6299	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	35	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.5	RESPIRACIÓN/CO2. ESTOS PARÁMETROS SON PROPIOS DE UN CAPNOGRAFO Y EN OCASIONES VIENEN INTEGRADOS EN MONITORES DE SIGNOS VITALES, SIN EMBARGO, HASTA DONDE TENEMOS CONOCIMIENTO NO VIENEN INTEGRADOS EN POLIGRAFOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE O CONSIDERE ESTE PUNTO OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE CORRESPONDE A OTRO EQUIPO EL CUAL NO SE ESTÁ OFERTANDO Y NO ESTÁ DENTRO DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES DEL ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6299, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.5 Respiración/CO2, establecido en la presente convocatoria.
472	4397	SIEMENS HEALTHCARE	5	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.7	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar nuestro polígrafo que cuenta con sensibilidad de: 1, 2, 5, 1.2.5, 10, 20, 50 selección de selección de sensibilidad de: 1, 2, 5, 1.2.5, 10, 20, 50	Id DEM: 4397, Respuesta: Se acepta ofertar polígrafo con selección de selección de sensibilidad de: 1, 2, 5, 1.2.5, 10, 20, 50

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-IE8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.					y 100 cm/ mV, lo cual no afecta la aplicación clínica del polígrafo y 20, 50 y 100 cm/ mV como opción para el punto 3.2.7., sin ser es un rango de medición más amplio de los solicitado, ¿se acepta?	
473	6545	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	9	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una mampara móvil suspendida al techo, faldón plomado para la protección de miembros inferiores montado en la mesa, lo que es mampara móvil de acrílico y una suspendida al techo en convencional en los equipos de hemodinamia además de que se asegure un adecuado flujo de trabajo dentro de la sala, ¿se acepta?	Id DEM: 6545, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.3 Una mampara móvil de acrílico y una suspendida al techo en convencional en los equipos de hemodinamia además de que se asegure un adecuado flujo de trabajo dentro de la sala, ¿se acepta?
474	6300	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	36	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.5	SUJETADORES Y BANDA DE COMPRESIÓN. RESPECTO A LA BANDA DE COMPRESIÓN ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR, YA QUE ESTE TIPO DE DISPOSITIVOS NO SON SUJETADORES Y BANDA DE COMPRESIÓN, ESTABLECIDO EN LA NECESARIOS EN PRÁCTICAMENTE EN TODOS LOS ESTUDIOS ANGIOGRÁFICOS, DEBIDO A QUE CUANDO SE REALIZA UN ESTUDIO EN LA CAJA TORÁCICA NECESITAMOS QUE LOS ÓRGANOS NO ESTEN COMPRIMIDOS, YA QUE ESTO AFECTA LA MORFOLOGÍA DE LOS ÓRGANOS, ASI COMO LA PRECISIÓN DEL ESTUDIO, ADEMÁS DE QUE AFECTA LA CIRCULACIÓN, POR LO QUE LO CORRECTO ES USAR UNA BANDA DE RETENCIÓN, YA QUE SOLAMENTE NECESITAMOS QUE EL CUERPO NO SE MUEVA Y SE MANTENGA FIRME EN SU LUGAR SIN ALTERACIÓN EN DICHA MORFOLOGÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA BANDA DE RETENCIÓN, ASI COMO SUJETADORES PRINCIPALMENTE EN LOS BRAZOS, DE TAL FORMA QUE SE CONSERVE AL PACIENTE EN UNA POSICIÓN FIJA Y ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6300, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.5 Sujetadores y banda de compresión, establecido en la presente convocatoria.
475	5119	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A DE C.V.	2	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.7	LA CONVOCANTE SOLICITA, ULTRASONIDO INTRAVASCULAR PARA VER LA COLOCACIÓN DEL STENT, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRAVASCULAR DEBE TENER LA CAPACIDAD DE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN PARA DETECTAR E IDENTIFICAR AUTOMÁTICAMENTE EL BORDE VASCULAR Y LUMINAL DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 5119, Respuesta: Se acepta ofertar ultrasonido intravascular para ver la colocación del stent para realizar el análisis de la imagen para detectar e identificar automáticamente el borde vascular y luminal de la sección transversal como opción para el punto 3.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
476	6302	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	38	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.7	ENTENDEMOS QUE LA COLOCACIÓN DEL STENT ES UN PROCEDIMIENTO INTERVENCIÓNISTA, POR LO QUE	Id DEM: 6302, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.7

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
477	6303	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	39	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR UN EQUIPO DE ULTRASONIDO QUE ESTÁ INDICADO COMO METODO DE ORIENTACIÓN ECOGRÁFICA DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS, CON LO CUAL SE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO. ¿SE ACEPTA?	Ultrasonido intravascular para ver la colocación del stent, establecidos en la presente convocatoria.
478	6301	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	37	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.7, 3.8	ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO DE ULTRASONIDO RECOMENDADO PARA VASOS SANGUÍNEOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS COMO ULTRASONIDO INTRAVASCULAR. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6303, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.7 Ultrasonido intravascular para ver la colocación del stent, establecidos en la presente convocatoria.
479	5324	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	16	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.8	ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR UN SOLO EQUIPO DE ULTRASONIDO SI DICHO EQUIPO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 3.7 Y 3.8 DE LA CÉDULA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6301, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 3.7 Ultrasonido intravascular para ver la colocación del stent y en el numeral 3.8 Ultrasonido transorácico, intracardiaco y con capacidad de crecimiento a transesofágico, establecidos en la presente convocatoria.
480	6304	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	40	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.8	Se solicita a la Convocante permita referenciar ultrasonido transorácico y con capacidad de crecimiento a transesofágico. ¿Se acepta?	Id DEM: 5324, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.8 Ultrasonido transorácico, intracardiaco y con capacidad de crecimiento a transesofágico, establecido en la presente convocatoria.
481	6305	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	41	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.8	ENTENDEMOS QUE UN ULTRASONIDO TRANSESOFÁGICO E INTRACARDIACO, ES AQUEL QUE ESTÁ INDICADO PARA APLICACIONES DE IMAGENOLÓGIA CARDIACA EN LOS QUE SE PUEDEN EVALUAR EL CORAZÓN, LAS VALVULAS CARDIACAS, LOS VASOS CENTRALES Y ESTRUCTURAS ANATÓMICAS QUE LE RODEAN. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6304, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.8 Ultrasonido transorácico, intracardiaco y con capacidad de crecimiento a transesofágico, establecido en la presente convocatoria.
482	6546	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	10	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.8	ENTENDEMOS QUE UN ULTRASONIDO TRANSESOFÁGICO ES AQUEL QUE ESTÁ INDICADO PARA APLICACIONES DE IMAGENOLÓGIA NO INVASIVA DE ÓRGANOS BLANDOS EN LA CAJA TORÁCICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6305, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
							Debido a que el catéter intracardiaco es considerado un consumible, entendemos que se deberá ofertar equipo con capacidad de crecimiento a transesofágico, además de un transductor intracardiaco, para la especificación y/o incluir un transductor transesofágico ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6546, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
483	6306	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	42	1	Angiógrafo arco monoplanar.	4.4	SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO, CON UNA CONCENTRACIÓN DE 270 MG DE YODO POR ML O MAYOR, YA QUE CON ESTA CONCENTRACIÓN SE PUEDEN REALIZAR ESTUDIOS ANGIOGRÁFICOS CON LA CALIDAD SUFICIENTE PARA QUE EL EQUIPO A USAR PUEDA DETECTAR DICHO MEDIO DE CONTRASTE EN EL ORGANISMO DEL PACIENTE Y CON ELLO, REALIZAR EL ESTUDIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MÉDICOS Y USUARIOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6306, Respuesta: No es correcta su precación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.4 Medio de contraste no iónico de baja osmolaridad con concentración de 350 a 370 mg yodo/ml. (Se requiere Registro Sanitario), establecido en la presente convocatoria.
484	6307	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	43	1	Angiógrafo arco monoplanar.	4.4	POR CUESTIONES DE PRESENTACION SOLICITAMOS SE PERMITA ENTREGAR LA CANTIDAD SOLICITADA DE CONTRASTE NO IÓNICO, EN PRESENTACIÓN DE FRASCOS DE 50, 100 O 200 ml CADA UNO, YA QUE SON LAS PRESENTACIONES COMERCIALES PARA ESTE TIPO DE PRODUCTO, CON LO CUAL SE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6307, Respuesta: Se acepta ofertar Medio de contraste no iónico de baja osmolaridad con concentración de 350 a 370 mg yodo/ml, en cualquiera de las siguientes presentaciones: 40 frascos de 50 ml c/u o 20 frascos de 100 ml c/u o 10 frascos de 200 ml c/u (Se requiere Registro Sanitario), como opción para el punto 2.8.11.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
485	6547	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	11	1	Angiógrafo arco monoplanar.	4.4	Debido a que en el mercado no existen frascos de 250 ml, solicitamos a la convocante poder proporcionar frascos de 200 ml, ¿se acepta?	Id DEM: 6547, Respuesta: Se acepta ofertar Medio de contraste no iónico de baja osmolaridad con concentración de 350 a 370 mg yodo/ml; 10 frascos de 200 ml c/u (Se requiere Registro Sanitario), como opción para el punto 2.8.11.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
486	5943	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	12	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.3	Entendemos que el Instituto requiere un detector plano de uso multipropósito para cardiología, vascular y neurología, debido a que un detector de tamaño 30 cm x 30 cm es exclusivo para cardiología, solicitamos a la convocante requieran en bases un detector de mínimo 29 cm x 38 cm o de mayor tamaño que le permita realizar procedimientos endovasculares, aneurismas aórticos, entre otros, sin que implique mayores radiaciones para el paciente y el médico, así como el uso de menos medio de contraste por estudio. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5943, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3 Detector plano con dimensiones 30 X 30 cm (11" x 11") o mayor, con al menos tres campos de entrada o zoom y una matriz de 1024 X 1024 o mayor y 14 bits, establecido en la presente convocatoria.
487	5694	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	16	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.1	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como inyector de medio de contraste de presión de 100-1200 psi que puede ser conectado al sistema y cumpla la misma funcionalidad solicitada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5694, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / y cédula de especificación del artículo, por lo que la especificación / requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
488	5695	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	17	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.1	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como parámetros de monitoreo, 4 entradas de presión invasiva con manejo de rayos X, con rangos de medición de 0 a 400 mm Hg, lo cual es la funcionalidad solicitada ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5695, Respuesta: Se acepta ofertar parámetros de monitoreo, 4 entradas de presión invasiva con manejo de rayos X, con rangos de medición de 0 a 400 mm Hg o mayor, como opción para el punto 3.2.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
489	5696	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.2	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como despliegue de presiones P1, P2, P3 y P4 donde a cada canal de presión se selecciona y establecen los límites de presión sistólica, diastólica y simultánea lo cual es la funcionalidad solicitada ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5696, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de referenciar este punto como despliegue de presiones P1, P2, P3 y P4 donde a cada canal de presión se selecciona y establecen los límites de presión sistólica, diastólica y media simultánea, establecido en la presente convocatoria.
490	5697	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	19	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como registro de datos fisiológicos, donde se pueden cambiar o asignar canales de presión específica, los rótulos de las cavidades, lo cual es la funcionalidad solicitada ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5697, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.3 Edición de etiquetas o anotación gráficas y de texto con nombres de curvas de presión seleccionadas: ART, PAO, PVI, PAP, WDG, PAD, PVD y PAI, establecido en la presente convocatoria.
491	5698	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	20	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.4	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como parámetros de monitoreo: SpO2 y presión no invasiva, lo cual es equivalente a lo solicitado y cumple la misma funcionalidad solicitada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5698, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.4 Medición integrada de signos vitales de SpO2 y presión sanguínea no invasiva, establecido en la presente convocatoria.
492	5699	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	21	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.6	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como gasto cardíaco calculado, utilizando el método "fix" lo cual es equivalente a lo solicitado y cumple la misma funcionalidad solicitada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5699, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.6 Medición y cálculos integrados del gasto cardíaco, establecido en la presente convocatoria.
493	5700	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	22	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.2.7	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como Derivación de ECG, ganancia 100 lo cual es equivalente a lo solicitado y cumple la misma funcionalidad solicitada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5700, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.7 Selección de ganancia de 1/4, 1/2, 1, 2 y 4 cm/mV, establecido en la presente convocatoria.
494	5701	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	23	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como pantalla antirradiación montada al techo y Mampara de acrílico con equivalencia de plomo, fácil de manejar con imagen de la misma donde muestren las ruedas que demuestran que es móvil y cumple la misma funcionalidad solicitada ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5701, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.3 Una mampara móvil de acrílico y una suspendida al techo en la presente convocatoria.
495	5702	ISM INNOVA	24	1	Angiógrafo arco	3.4	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita Id DEM: 5702, Respuesta: Se acepta referenciar pantalla	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
496	5703	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	25	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.6	referenciar este punto como pantalla antirradiación montada a la mesa e imagen de la misma, lo cual es equivalente a lo solicitado 3.4., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto con una imagen de este accesorio ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5703. Respuesta: Se acepta, la convocatoria permite en el numeral 4.1.2. el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.
497	5947	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	16	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.7	Entendemos que el instituto busca hacer más eficientes los servicios de Hemodinamia dentro de la institución, razón por la cual, se está solicitando dentro de la cédula un ultrasonido intravascular para verificar la correcta posición del stent; aunado a esto, los equipos de ultrasonido pueden medir la fracción de flujo de reserva (FFR), con lo cual el médico puede decidir si es necesario colocar un stent o no, sin embargo para esta medición es necesario inyectar al paciente con un fármaco vasodilatador. Por dicha razón, es correcto entender que se deberá ofertar para dicho ultrasonido, la medición de iFR (instant wave free ratio) con la cual es posible realizar la colocación de stents sin necesidad de inyectar fármacos, en otras palabras, colocar únicamente los stents necesarios, reduciendo los costos por procedimientos y sin el uso de un fármaco vasodilatador innecesario. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5947. Respuesta: Se acepta ofertar ultrasonido intravascular para ver la colocación del stent incluyendo la medición de iFR (instant wave free ratio), como opción para el punto 3.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
498	5948	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	17	1	Angiógrafo arco monoplanar.	3.9	Es correcto entender que se requiere un UPS de 150 kVA para el Angiógrafo y uno de 1kVA para el polígrafo, ya que este último no requiere una UPS de tanta potencia. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5948. Respuesta: Se acepta ofertar equipo con unidad de energía ininterrumpible UPS de al menos 150 kVA para el equipo de angiografía y sus accesorios y para el polígrafo una UPS de 1kVA (incluir marca y modelo de las UPS), como opción para el punto 2.5.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
499	5704	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	26	1	Angiógrafo arco monoplanar.	4.4	La convocante solicita 8 frascos de 250 ml c/u de 350 a 370 mg yodo/ml, solicitamos de la manera más atenta nos permita ofertar 20 frascos de 100 ml de 350 a 370 mg yodo/ml de osmolaridad de 0.49 0.49 osmolaridad /L, lo cual es la misma cantidad de medio de contraste que lo solicitado, mejor distribuido ya que así se evita el manejo	Id DEM: 5704. Respuesta: Se acepta ofertar 20 frascos de 100 ml de 350 a 370 mg yodo/ml de osmolaridad de 0.49 0.49 osmolaridad /L, lo cual es la misma cantidad de medio de contraste que lo solicitado, mejor distribuido ya que así se evita el manejo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
500	5945	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	14	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.5.2	desperdicio por paciente, dado que esta es la presentación en la que el proveedor de medio de contraste lo tiene y no afectaría la aplicación clínica ni viabilidad de la propuesta ¿Se acepta? Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como capacidad técnica del ánodo de 2.4 MHz con capacidad de disipación de enfriamiento de 910 kHU/min y de calor del ánodo de 11,000 W lo cual es igual a lo solicitado ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5945, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
501	5682	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	14	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.8.11 a 2.8.11.8	¿Es correcto entender que se deberá presentar carta del fabricante de cumplimiento y que, a su vez, esta se utilice para referenciar dichos puntos?	Id DEM: 5692, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos, según el numeral 4.1.6., que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos. 4.1.6. Para los equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.
502	5688	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	10	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.8.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como angiografía digital sustraída (DSA) lo cual es equivalente a lo solicitado y cumple la misma funcionalidad solicitada ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5688, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con angiografía digital sustraída (DSA) en tiempo real, modo cine y modo de máscara, como opción para el punto 2.8.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
503	5689	ISM INNOVA	11	1	Angiógrafo arco	2.8.4	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita	Id DEM: 5689, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-EB-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.			monoplanar.		referenciar este punto de las funciones de procesamiento de imágenes, como brillo, contraste, realce de bordes, ampliación, inversión de la imagen, lo cual es equivalente a lo solicitado y cumple la misma funcionalidad solicitada ¿Se acepta nuestra propuesta?	atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.4 Con realce de bordes, ajuste automático de brillo, inversión negativa/positiva y corrección gamma, establecido en la presente convocatoria.
504	5690	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	12	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.8.5, 2.7.6	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como modo cine, modo máscara y función de desplazamiento de píxeles para reducir la diferencia respecto a las imágenes vivas, para corregir artefactos de movimiento de las imágenes sustraídas lo cual es equivalente a lo solicitado y cumple la misma funcionalidad solicitada ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5690, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.6 Con control automático de brillo o control dependiente de la luz del ambiente y 2.8.5 Con sistema anti-arteficios de movimiento durante DSA de tiempo real, establecidos en la presente convocatoria
505	5691	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	13	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.8.6	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como control estabilizador de brillo constante lo cual es equivalente y cumple la misma funcionalidad solicitada ¿se acepta?	Id DEM: 5691, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.6 Road-Mapping, establecido en la presente convocatoria.
506	5693	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	15	1	Angiógrafo arco monoplanar.	2.9.11 a 2.9.11.8	¿Es correcto entender que se deberá presentar carta del fabricante de cumplimiento y que a su vez, esta se utilice para referenciar dichos puntos?	Id DEM: 5693, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos, según el numeral 4.1.6., que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos. 4.1.6. Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
507	6549	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	13	1	Angiógrafo arco monoplanar.	Sin Punto	La reducción de dosis ha sido un elemento primordial en la sala de hemodinamia y que en los últimos años ha tomado relevancia por requerido por la convocante se encuentra debidamente sus implicaciones. Debido a que en la cédula publicada no solicitan este tipo de programas dedicados, ya que incluyen más lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Solicitamos que los siguientes elementos sean considerados en la propuesta: colocación del haz de radiación en diferentes posiciones sin efectuar radiación, protocolos de reducción de dosis para tomografía, reporte de dosis, cámara dosimétrica para mostrar el producto dosis superficie elemento muy importante para evitar quemaduras en los pacientes durante la exposición, control automático de la exposición, alerta de dosis, visualización de la dosis en piel incidente en el paciente, posicionamiento sin radiación, y que son importantes para el control de dosis en las intervenciones. Agregando que este tipo de programas dedicados que las compañías tienen sea incluido en la oferta ya que sus implicaciones en precio no son relevantes y en cambio el beneficio tiene impacto tanto en pacientes como en usuarios y en el mismo tratamiento, ¿Se acepta?	Id DEM: 6549, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
508	6550	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	14	1	Angiógrafo arco monoplanar.	Sin Punto	Además de que el control de dosis es importante para los equipos de Rayos X, especialmente en la hemodinamia, también lo es la calidad de imagen para un mejor diagnóstico y tratamiento y dado que en la cédula publicada no son requeridos. Solicitamos que los siguientes elementos sean considerados en la propuesta: Análisis de histogramas para una buena visibilidad de la estructuras, reducción de ruido en la imagen, visualización nítida de los bordes vasculares sin aumentar el ruido, detección automática de las estructuras finas y compensación de los artefactos de movimiento. Agregando que este tipo de programas dedicados que las compañías tienen sea incluido en la oferta ya que sus implicaciones en precio no son relevantes y en cambio el beneficio tiene impacto tanto en pacientes como en usuarios y en el mismo tratamiento, ¿Se acepta?	Id DEM: 6550, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
509	6548	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	12	1	Angiógrafo arco monoplanar.	Sin Punto	Entendemos que la corriente mínima de fluoroscopia solicitada para el equipo de angiografía debe ser de 200 ma?, esto para asegurar que en cualquier tipo de paciente, tomando en cuenta el creciente número de paciente obesos, la calidad de imagen sea la seleccionable de 10 mA o menor a 1,000 mA o mayor.	Id DEM: 6548, Respuesta: Si se refiere al numeral 2.4.3. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción en el numeral 2.4.3 Corriente del generador seleccionable de 10 mA o menor a 1,000 mA o mayor.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
510	3989	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.1.3	adecuada y de esta manera poder hacer un diagnóstico y un tratamiento mucho más efectivo que con una corriente menor, ¿es correcta nuestra apreciación?	establecido en la presente convocatoria.
						2.1.1.3	DIMENSIONES: LONGITUD ENTRE 78 CM Y 97 CM ANCHO ENTRE 55 CM Y 65 CM ALTURA ENTRE 90 CM Y 100CM. DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS DEL CARRO NO INFLUYEN EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN NUESTRA TECNOLOGIA CONTAMOS CON UN CARRO RODABLE PARA COLOCACIÓN DEL DESFIBRILADOR Y DEMAS ACCESORIOS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN QUE LO SOLICITADO, PERO CON MEDIDAS DE 109 DE LARGO POR 86 DE ALTO Y 60 DE ANCHO. ¿PODRIAMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE NO DEMERITA LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS? ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 3989, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.1.3 Dimensiones: longitud entre 78 cm. y 97 cm. ancho entre 55 cm. y 65 cm. altura entre 90 cm. y 100 cm. establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
511	3996	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	8	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.1.3	2.1.1.3 DIMENSIONES: LONGITUD ENTRE 78 CM Y 97 CM ANCHO ENTRE 55 CM Y 65 CM ALTURA ENTRE 90 CM Y 100 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LAS DIMENSIONES FISICAS DE ESTE MUEBLE NO INFLUYEN EN EL TRATAMIENTO, PEDIMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN CARRO ROJO CON DIMENSIONES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO A LO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON EL MATERIAL DE FABRICACION Y TODAS LAS DEMAS CARACTERISTICAS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 3996, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.1.3 Dimensiones: longitud entre 78 cm. y 97 cm. ancho entre 55 cm. y 65 cm. altura entre 90 cm. y 100 cm. establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
512	4389	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	38	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.1.3	Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar un carro de emergencia de material plástico de alto impacto (polimero) con las siguientes dimensiones: longitud 115.60cm, anchura 57.5cm, altura 96.5cm, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4389, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.1.3 Dimensiones: longitud entre 78 cm. y 97 cm. ancho entre 55 cm. y 65 cm. altura entre 90 cm. y 100 cm. establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
513	3969	BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.2.4	Se solicita poder ofertar un reanimador adulto con volumen de bolsa de 1475 ml ¿se acepta?	Id DEM: 3969, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.2.4 Tamaño adulto: Volumen de la bolsa de 1500 ml., como mínimo, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
514	3968	BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.2.9	Se entiende que la válvula de seguridad debe estar incluida en los reanimadores pediátrico y neonatal ¿es correcto?	Id DEM: 3968, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 +/- 5 cm de H2O para el numeral 2.1.2.9 en los diferentes tamaños de Reanimador pulmonar manual reusable solicitados en los numerales: 2.1.2.4 Tamaño adulto: Volumen de la bolsa de 1500 ml. como mínimo. 2.1.2.5 Tamaños pediátrico: Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600 ml. 2.1.2.6 Tamaños neonatal: Volumen de la bolsa de 320 ml como máximo., en la presente cédula de descripción del artículo.
515	4390	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	39	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.3.3	Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar un equipo de intubación endotraqueal con iluminación de halógeno a través de fibra óptica de 2.5 volts. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4390, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3.3 iluminación de xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
516	5113	BIOABAST, S.A. DE C.V.	97	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.3.3	Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofertar un luz halógena, ya que esta no afecta en el procedimiento ¿Se acepta?	Id DEM: 5113, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3.3 iluminación de xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
517	3990	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14	2.1.5.14 MONITOR CON PANTALLA LCD O TFT A COLOR O TECNOLOGIA SUPERIOR DE 14CM (5.6 PULGADAS) COMO MINIMO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL EQUIPO CON UNA PANTALLA DE AL MENOS 8" ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UNA MEJOR VISUALIZACION Y UN DIAGNOSTICO CORRECTO YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE DE ACUERDO CON EL TRAZO QUE SE TENGA EN LA PANTALLA SE DETERMINA EL TRATAMIENTO QUE EN ESTE CASO ES EL NIVEL DE ENERGIA PARA LA DESFIBRILACION O EL PROTOCOLO A SEGUIR EN UN EVENTO EN UN CODIGO ROJO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 3990, Respuesta: Se acepta ofertar Monitor con pantalla LCD o TFT a color o tecnología superior DE AL MENOS 8" como opción para el punto 2.1.5.14 Monitor con pantalla LCD o TFT a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
518	3997	CYBER ROBOTIC	9	2	Carro rojo con	2.1.5.14	2.1.5.14 MONITOR CON PANTALLA LCD O TFT A COLOR O	Id DEM: 3997, Respuesta: Se acepta ofertar Monitor con

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
519	5477	SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	8	2	equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14	TECNOLOGIA SUPERIOR DE 14 CM (5.6 PULGADAS) COMO MINIMO. DE ACUERDO CON LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO SE ESTA PIDIENDO EL DESPLIEGUE NUMERICO Y ONDA DE VARIOS PARAMETROS, ENTRE ELLOS FRECUENCIA CARDIACA, SPO2, CURVA DE PLETISMOGRAFIA Y/O BARRA DE PULSO, DESPLIEGUE DE TRAZO ECG COMO MINIMO A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES, Y DESPLIEGUE NUMERICO DE PRESION SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Y PARA MEJOR VISUALIZACION DE TODOS ESTOS PARAMETROS QUE EL TAMANO DE LA PANTALLA SEA DE ALMENOS DE 8" EN ESTE EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	pantalla LCD o TFT a color o tecnologia superior DE AL MENOS 8" como opción para el punto 2.1.5.14 Monitor con pantalla LCD o TFT a color o tecnologia superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
520	5478	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	9	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE PANTALLA DE POR LO MENOS 6.5 PULGADAS COMO MINIMO, ESTO CON LA FINALIDAD TENER CAMPO DE VISION AMPLIO Y CLARO AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRABAJO DE RESUCITACION Y POR LA CANTIDAD DE PARAMETROS SOLICITAS (FRECUENCIA CARDIACA, SPO2, PLETISMOGRAFIA, PULSO, ECG Y PANI), ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5477, Respuesta: Se acepta ofertar Monitor con PANTALLA LCD o TFT a color o tecnologia superior DE POR LO MENOS 6.5 PULGADAS COMO MINIMO como opción para el punto 2.1.5.14 Monitor con pantalla LCD o TFT a color o tecnologia superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
521	3971	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	7	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14.1.5	EN EL ENTENDIDO QUE EN OCASIONES EL EQUIPO ES UTILIZADO EN PACIENTES CON VENTILADOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON DESPLIEGUE GRAFICO Y NUMERICO DE CO2, DANDO CON ESTO AL MEDICO UN HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL ESTADO VENTILATORIO Y RESPIRATORIO EN PACIENTES INTUBADOS Y NO INTUBADOS Y DETERMINAR LA EFICIENCIA DE LA RCP. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5478, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1 Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
522	3972	BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14.1.5	Debido a que la distribución de equipos varía desde UMFs hasta UMAEs, se solicita a la convocante poder ofertar un equipo que no es un cuente con monitorización de presión no invasiva ya que no es un parámetro de monitorización básico y puede ser medido por medio de baumanómetros que se pueden encontrar en cualquier hospital y área. Además, se solicita lo anterior para que no se incremente considerablemente el costo de la partida al ofertar un equipo de monitorización más avanzado de lo requerido por el promedio de los hospitales (el cual sería subutilizado). ¿Se acepta?	Id DEM: 3971, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1.5 Despliegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media establecido en la presente convocatoria.
							En caso de aceptar la pregunta anterior se entiende que se	Id DEM: 3972, Respuesta: La respuesta fue negativa, se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
523	3991	MEXICO, S.A. DE C.V.	3	2	equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14.1.5	eliminarían todos los puntos referentes a la presión no invasiva de la ficha técnica ¿es correcto?	precisa que la convocante requiere Despliegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media para el numeral 2.1.5.14.1.5 en la presente cédula de descripción del artículo.
524	5114	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	98	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14.1.5	2.1.5.14.1.5 DESPLIEGUE NUMERICO DE PRESION SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO TIENE QUE TENER LA OPCION DE TOMAR LA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA (PNI) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Id DEM: 3991, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere Despliegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media para el numeral 2.1.5.14.1.5 en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que el equipo solicitado debe contar con la función de medir la presión arterial no invasiva.
525	4392	BIOABAST, S.A. DE C.V.	41	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14.1.5	Solicitamos a la convocante que este parametro sea opcional ya que esta característica encarece el equipo ¿se acepta?	Id DEM: 5114, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1.5 Despliegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
526	5115	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	99	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.16	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como opcional la característica de presión no invasiva, esto debido a que esta función encarece demasiado el equipo siendo que no es la función principal de este dispositivo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4392, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1.5 Despliegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media., 2.1.5.16 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo., 3.4 Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera y conector para los brazaletes., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
527	3992	BIOABAST, S.A. DE C.V.	4	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.2	Solicitamos a la convocante que este parametro sea opcional ya que esta característica encarece el equipo ¿se acepta?	Id DEM: 5115, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.16 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
527	3992	CYBER ROBOTIC	4	2	Carro rojo con	2.1.5.2	2.1.5.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA	Id DEM: 3992, Respuesta: Se acepta ofertar Con selector de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		SOLUTIONS, S.A. DE C.V.			equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.		BIFASICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE POR TRATARSE DE UN DESFIBRILADOR BIFASICO SE TENGA UN RANGO SUPERIOR IGUAL A 360 JOULES PARA SU MEJOR DESEMPEÑO YA QUE EL 90% DE LOS PACIENTES QUE CAEN EN UNA SITUACION DE PARA SUBITO CARDIACO TIENEN SOBREPESO POR LO QUE SE NECESITA DE UN RESPALDO ALTO DE ENERGIA ¿SE ACEPTA?	nivel de energía para Bifásica en el rango inferior de 2 Joules y en UN RANGO SUPERIOR IGUAL A 360 JOULES , como opción para el punto 2.1.5.2 Con selector de nivel de energía para Bifásica en el rango inferior de 2 Joules y en el rango superior de 200 Joules o mayor., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
528	3995	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	7	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.2	2.1.5.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA BIFASICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE EL EQUIPO CUENTE CON AL MENOS 23 NIVELES DE ENERGIA YA QUE ESTO ES PARA QUE EL USUARIO TENGA MAS OPCIONES DE ATENDER UN CASO DE URGENCIA YA SEA PEDIATRICO O ADULTO Y QUE SERIA DE VITAL IMPORTANCIA TENER ESTAS MINIMAS OPCIONES EN ESTE EQUIPO.	Id DEM: 3995, Respuesta: Se acepta ofertar CON EL SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA BIFASICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR CON AL MENOS 23 NIVELES DE ENERGIA como opción para el punto 2.1.5.2 Con selector de nivel de energía para Bifásica en el rango inferior de 2 Joules y en el rango superior de 200 Joules o mayor., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
529	5116	BIOABAST, S.A. DE C.V.	100	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.20.3	Solicitamos a la convocante poder ofertar una batería que permita dar 100 desfibrilaciones a carga máxima de 200 Joules o 4 horas de monitoreo continuo ¿Se acepta?	Id DEM: 5116, Respuesta: Se acepta ofertar una batería recargable e integrada que permita dar 100 desfibrilaciones a carga máxima de 200 Joules o 4 horas de monitoreo continuo como opción para el punto 2.1.5.20.3 Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo como mínimo., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
530	5117	BIOABAST, S.A. DE C.V.	101	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.20.4	Solicitamos a la convocante poder ofertar un tiempo de carga de 4 horas o menos ya que es un equipo de soporte de vida ¿Se acepta?	Id DEM: 5117, Respuesta: Se acepta ofertar tiempo de carga máxima de 4 horas o menos como opción para el punto 2.1.5.20.4 Tiempo de carga máximo de 4.5 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
531	6058	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	19	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador	2.1.5.20.4	El tiempo de carga máximo de nuestro equipo es de 5 horas. Sin embargo, la capacidad de la batería brinda una autonomía de hasta 10 horas de uso o 200 descargas a 200J, siendo esto bastante superior a lo solicitado por la convocante. Solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar tiempo de carga	Id DEM: 6058, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					monitor marcapaso.		máximo de 5 horas mencionando que en un tiempo de 4 hrs de carga se podrá cumplir con las 50 descargas a 200J o 1.5hrs. de monitoreo continuo que piden en las especificaciones de la licitación ¿Se acepta?	
532	5475	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	6	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.3	DEBEMOS DE ENTENDER QUE PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EL TIEMPO DE AUTODESCARGA DEBERÁ SER CONFIGURABLE A ELECCIÓN DE LOS USUARIOS EN UN TIEMPO DE SELECCIONABLE DE 30, 60 Y 90 SEGUNDOS. ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 5475, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar TIEMPO DE AUTODESCARGA CONFIGURABLE A ELECCIÓN DE LOS USUARIOS EN UN TIEMPO DE SELECCIONABLE DE 30, 60 Y 90 como opción para el punto 2.1.5.3 Con autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
533	6057	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	18	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.4	Nuestro equipo cuenta con un sistema de autocomprobación que puede ser programado para ejecutarse automáticamente cada 24, 48 o 72hrs., o bien, realizarlo manualmente cuando se desee. Solicitamos a la convocante que con fines de referenciación nos permita ofertar la autocomprobación que comprende las siguientes pruebas: Prueba de funcionamiento del módulo de alta tensión. Prueba de impedancia corporal. Prueba de circuito y algoritmo de ECG. Prueba de precisión energética de descarga (a través de una resistencia interna). Prueba interna de salida de estimulación. Prueba de conexión de electrodos adhesivos/palas. Prueba del ROM del sistema. Prueba del RAM del sistema. Prueba de batería. Comprobación de reloj en tiempo real. Prueba de funcionamiento de módulos instalados. ¿Se acepta?	Id DEM: 6057, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.4 Con sistema para probar energía de descarga establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
534	5476	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	7	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.5	EN EL ENTENDIDO DE QUE ES UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA Y CADA SEGUNDO ES DE SUMA PARA PODER ASISTIR AL PACIENTE EN CASO DE UN EVENTO CARDIACO QUE PUEDA LLEGAR A PRESENTAR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTÉ TIEMPO DE CARGA MÁXIMA DE CARGA A 200 JOULES DE MENOR A 5 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5476, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar TIEMPO DE CARGA MÁXIMA DE CARGA A 200 JOULES DE MENOR A 5 SEGUNDOS como opción para el punto 2.1.5.5 Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
535	6056	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	17	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.6	El rango de valores mínimos que puede suministrar nuestro equipo es el adecuado para hacer descargas a corazón abierto. solicitamos a la convocante con fines de referenciación nos permita documentar este punto mediante el rango que va de 1-360 J. ¿Se acepta?	Id DEM: 6056, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.6 Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
536	3970	BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	6	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.8	Se solicita que para cumplir este punto sea posible ofertar un equipo con tecnología que ajusta la forma de onda de la descarga de acuerdo a la impedancia del paciente, además del sistema Shock Advisory que determina el contacto de los electrodos y si la impedancia es superior a un límite máximo indicará que no están bien conectados. ¿Se acepta?	Id DEM: 3970, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.8 Con indicador de nivel de contacto de las palas con el paciente establecido en la presente convocatoria.
537	4391	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	40	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.8	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como opcional la característica de indicador de nivel de contacto de las palas con el paciente, esto para permitir la libre participación, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4391, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.8 Con indicador de nivel de contacto de las palas con el paciente, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
538	3993	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	5	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	3.4	3 ACCESORIOS: 3.4 BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, CON UNA MANGUERA Y CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. CONSIDERANDO LOS ACCESORIOS QUE EL EQUIPO DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 3993, Respuesta: Es correcta su apreciación. El Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso debe contar con la función de medir la presión arterial.
539	5118	BIOABAST, S.A. DE C.V.	102	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	3.4	Solicitamos a la convocante que este parametro sea opcional ya que esta característica encarece el equipo ¿se acepta?	Id DEM: 5118, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera y conector para los brazaletes., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
540	3973	BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	4.2	Se solicita a la convocante aclarar cuántos juegos de electrodos para desfibrilación/marcapasos tamaño adulto y cuántos tamaño pediátrico es necesario ofertar para cada carro rojo.	Id DEM: 3973, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Electrodo autoadheribles traslucidos para desfibrilación y/o marcapaso tamaño adulto o pediátrico, a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (indicar marca y modelo), para el numeral 4.2 en la presente cédula de descripción del artículo.
541	3994	CYBER ROBOTIC	6	2	Carro rojo con	4.2	4 CONSUMIBLES: 4.2 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES	Id DEM: 3994, Respuesta: Se precisa que la convocante

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		SOLUTIONS, S.A. DE C.V.			equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.		TRANSCUTANEOS PARA DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS TAMAÑO ADULTO O PEDIÁTRICO. A ELECCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA AL MENOS 10 PIEZAS (INDICAR MARCA Y MODELO). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE CUANTAS UNIDADES MÉDICAS REQUIEREN LOS ELECTRODOS PARA ADULTOS Y CUANTAS UNIDADES MÉDICAS REQUIEREN LOS PEDIÁTRICOS, ESTO PARA EN CASO DE SER ADJUDICADO TENER LISTO DICHO CONSUMIBLES.	requiere Electrodo autoadheribles transcutáneos para desfibrilación y/o marcapaso tamaño adulto o pediátrico, a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (indicar marca y modelo), para el numeral 4.2 en la presente cédula de descripción del artículo.
542	5949	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	18	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.1	¿Es correcto entender que, para el modo manual y DEA, se podrá desfibrilar tanto a un paciente adulto como a uno pediátrico (menor a 8 años o menor a 25 kg) con el mismo electrodo?	Id DEM: 5949, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.1 Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
543	5952	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	21	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.12	Es correcto entender que el equipo debe ser capaz de tratar a pacientes adultos y pediátricos menores a 8 años o menor a 25 kg de peso con el mismo electrodo o almohadilla para desfibrilación sin accesorios o parches adicionales, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5952, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.12 Con capacidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
544	5706	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	28	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un monitor de 10 cm o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5706, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14 Monitor con pantalla LCD o TFT a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
545	5707	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	29	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.14.1.4	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un despliegue de un trazo de ECG como mínimo entre 5 derivaciones ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5707, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1.4 Despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
546	5705	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	27	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.2	Es correcto entender que se podrá ofertar en el rango inferior 3 Joules o menor y en el rango superior 150 o mayor ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5705, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.2 Con selector de nivel de energía para Bifásica en el rango inferior de 2 Joules y en el rango superior de 200 Joules o mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
547	5708	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	30	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.20.3	Con la finalidad de cubrir las situaciones de emergencia, se sugiere a la convocante considere una batería de alta duración y efectividad útil, la cual será capaz de otorgar hasta 175 desfibrilaciones y monitorear de forma continua hasta 3 horas, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5708, Respuesta: Se acepta ofertar batería Recargable e integrada de alta duración y efectividad útil, la cual será capaz de otorgar hasta 175 desfibrilaciones a carga máxima y monitorear de forma continua hasta 3 horas como opción para el punto 2.1.5.20.3 Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
548	5709	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	31	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.20.4	Se sugiere a la convocante que la batería del equipo debe ser capaz de llegar a carga máxima en menos de 3 horas, con la intención de que el equipo esté rápidamente disponible para un traslado o urgencia, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5709, Respuesta: Se acepta ofertar tiempo de carga máxima en menos de 3 horas como opción para el punto 2.1.5.20.4 Tiempo de carga máximo de 4.5 horas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
549	5950	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	19	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.5	Derivado de la importancia que requiere una aplicación temprana de la terapia de desfibrilación, se sugiere que el tiempo de carga a máxima energía sea igual o menor a 5 segundos y con ello reducir el tiempo de desfibrilación, evitando daños secundarios en el paciente, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5950, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tiempo de carga a máxima energía igual o menor a 5 segundos como opción para el punto 2.1.5.5 Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
550	5951	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	20	2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	2.1.5.7	Considerando que los estándares de certificación de hospitales del consejo de salubridad general solicitan realizar y registrar pruebas de funcionamiento del desfibrilador periódicas entendemos que se debe ofertar un equipo que tenga la capacidad de realizar auto pruebas automáticas cada hora, cada día y cada semana, ¿Se acepta nuestra apreciación?	Id DEM: 5951, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo que tenga la capacidad de realizar auto pruebas automáticas cada hora, cada día y cada semana, como opción para el punto 2.1.5.7 Sistema de autoprueba del equipo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
551	5164	COMERLAT, S.A.	57	3	Central de	2.2	Dice: Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con	Id DEM: 5164, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se

[Handwritten signature]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DE C.V.			monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)		pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de todos los pacientes sean visualizados correctamente sugerimos que las central de monitoreo a ofertar en esta partida deberán tener un monitor de al menos 24 pulgadas, siendo esta una característica presente en todas las marcas de calidad en el mercado. ¿Se acepta?	acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 24", (incluir marca y modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
552	4925	BIOABAST, S.A. DE C.V.	19	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2	PREGUNTA: Entendemos que esta pantalla deberá ser de alta definición y así como proporcionar interface a través de pantalla táctil, ¿es correcto?	Id DEM: 4925, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla táctil de alta definición de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
553	4926	BIOABAST, S.A. DE C.V.	20	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2	Para una óptima visualización de los monitores de cabecera y tomando en cuenta la cantidad de parámetros solicitados, entendemos que la pantalla(s) de la central, deberá(n) ser de al menos 22", ¿Es correcto?	Id DEM: 4926, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 22", (incluir marca y modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
554	4927	BIOABAST, S.A. DE C.V.	21	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2	Debido a que todos los fabricantes de equipo médico cuentan de forma preestablecida con una segunda pantalla que le permite al usuario poder visualizar información detallada del paciente sin tener que interrumpir o reducir las curvas de cabecera en la primera pantalla, entendemos que en la oferta se deberán contemplar al menos dos pantallas, ¿es correcto?	Id DEM: 4927, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar dos pantallas central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
555	5738	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	2	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.1	Con el fin de evitar gastos futuros a la convocante, y pensando en posibles expansiones en las unidades, la convocante requiere que la central tenga capacidad a futuro de soportar 28 monitores o más ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5738, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 6 monitores de signos vitales como mínimo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
556	4928	BIOABAST, S.A.	22	3	Central de	2.2.1	PREGUNTA: Entendemos que la central deberá de contar con la	Id DEM: 4928, Respuesta: No es correcta su apreciación.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
557	5326	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	18	3	monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.13.1	capacidad de crecer su visualización en hasta 48 monitores de signos vitales, ¿es correcto?	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 6 monitores de signos vitales como mínimo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
558	5746	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	10	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.13.1	Sugerimos a la convocante con el fin de tener un mejor uso de esta herramienta, los monitores cuenten con función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico, ¿Se acepta?	Id DEM: 5326, Respuesta: Se acepta ofertar Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico como opción para el punto 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
559	5327	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	19	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.14, 2.3.15	Entendemos que la convocante requiere que a través de la conexión a la central podamos visualizar los datos de cada uno de los monitores (información del paciente y signos vitales) sin necesidad de ir revisar cada uno de estos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5746, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.13 Comunicación entre central de monitoreo y monitor de cabecera y entre monitores de cabecera, 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
560	5744	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	8	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.14, 2.3.15	Debemos entender que se deberá incluir dentro de la propuesta técnica y económica el software y hardware necesario para implementar esta interface en las unidades médicas que así lo requieran, ¿Es correcto?	Id DEM: 5327, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.14 interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
560	5744	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	8	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.14, 2.3.15	De acuerdo a lo solicitado entendemos que podremos referenciar este punto mediante el sistema de conexión propio de cada fabricante al sistema del hospital (software y/o hardware) ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5744, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.14 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
561	5753	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	17	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.16	Durante períodos largos de interrupción de energía y en caso de falla del suministro secundario, 15 minutos no son suficientes, más cuando se trata de pacientes críticos, por lo que debemos de entender que la UPS de la central deberá de tener capacidad de funcionar al menos por 2 horas ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5753, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar UPS de la central deberá de tener capacidad de funcionar al menos por 2 horas (Incluir Marca y Modelo), como opción para el punto 2.2.16 Unidad de energía ininterrumpible UPS de al menos 15 minutos para la central, (Incluir Marca y Modelo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
562	5325	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	17	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.5	Ya que no se menciona, sugerimos a la convocante que, con el fin de poder tener un seguimiento más completo con la información necesaria en cuanto a eventos e historial de alarmas durante la evolución del paciente, la central almacene por lo menos 1000 eventos, ¿Se acepta?	Id DEM: 5325, Respuesta: Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 1000 eventos o alarmas., como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
563	5740	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	4	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.5	Con el fin de poder visualizar un gran número de eventos durante la estancia del paciente, la convocante requiere que la central tenga capacidad de revisión de al menos 700 eventos de alarma ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5740, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 700 eventos o alarmas., como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
564	5165	COMERLAT, S.A. DE C.V.	58	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.7	Dice: Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas. PREGUNTAS: Debido a que el registro de las constantes vitales de los pacientes es muy importante para su correcta evaluación y tratamiento, creemos que las tendencias deberán ser de al menos 120 horas. ¿Se acepta?	Id DEM: 5165, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 120 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
565	4929	BIOABAST, S.A. DE C.V.	23	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.7	PREGUNTA: 24 horas de tendencias en áreas de cuidados críticos es un período de tiempo muy limitado, que termina por proporcionar información no concluyente de la evolución de un paciente, por lo cual entendemos que se deberán ofertar al menos 72 horas de tendencias gráficas y numéricas, ya que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante de calidad y permite al usuario un mejor panorama clínico, ¿es correcto?	Id DEM: 4929, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
566	4016	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	29	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.7, 2.3.11	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS requerido por la convocante se encuentra debidamente SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACION	Id DEM: 4016, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							CLÍNICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	
567	5745	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	9	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.8	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento numérico del parámetro, deberemos de poder revisar la curva monitorizada del paciente por al menos 72 horas previas al momento de la visualización ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5745, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas., establecido en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo.
568	5739	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	3	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2.9	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las arritmias, por lo que solicitamos de la manera mas atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 arritmias ¿Se acepta?	Id DEM: 5739, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles., 2.2.9 Detección de al menos 10 arritmias., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
569	5328	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	20	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3	Al referirse a monitor modular, debemos entender que los equipos deberán contar con módulos insertables dentro del monitor de signos vitales. ¿Es correcto?	Id DEM: 5328, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
570	4930	BIOABAST, S.A. DE C.V.	24	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que la tecnología de módulos a ofertar deberá de ser a través de módulos insertables al cuerpo del equipo y/o racks sin tener módulos externos que son fáciles de extraviar y dañar ¿es correcto?	Id DEM: 4930, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
571	4931	BIOABAST, S.A. DE C.V.	25	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que el equipo deberá de contar con pantalla tactil LCD TFT de al menos 15 pulgadas para facilitar al usuario la interacción con las interfaces, ¿es correcto?	Id DEM: 4931, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor modular tactil a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor., como opción para el punto 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
572	4017	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	30	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA MODULAR A COLOR LCD O TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR, CON CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA LOS PARAMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRIA, Medica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y	Id DEM: 4017, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor., establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a Precision Técnico

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
573	5742	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	6	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.10	TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDIACO). TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA, ¿SE ACEPTA?	2.3.23 de la partida 3.
574	4018	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	31	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.10	Debemos entender que además de detectar al menos 10 arritmias, el monitor deberá tener la capacidad de aprender y reconocer el ritmo del paciente para diferenciarlo de las arritmias ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5742, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.10 Detección de por lo menos diez arritmias establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
575	4933	BIOABAST, S.A. DE C.V.	27	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.11	EN MÉXICO LAS ENFERMEDADES CARDIACAS VAN EN AUMENTO, POR LO QUE EXISTE LA NECESIDAD CLÍNICA DE REALIZAR UN MONITOREO COMPLETO DE ARRITMIAS. POR TANTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO 19 ARRITMIAS, LO CUAL REDUNDARÁ EN UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE EN ÁREAS CRÍTICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4018, Respuesta: Se acepta ofertar COMO MÍNIMO Detección de 19 ARRITMIAS., como opción para el punto 2.3.10 Detección de por lo menos diez arritmias., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
576	4934	BIOABAST, S.A. DE C.V.	28	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.14	PREGUNTA: Pensando en que el equipo podría llegar a necesitarse en un paciente con estancia hospitalaria de más de un día entendemos que para poder tener un panorama clínico de la evolución del paciente las tendencias gráficas y numéricas deberán de ser de al menos 72 horas, que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante con productos de calidad, ¿es correcto?	Id DEM: 4933, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas como mínimo como opción para el punto 2.3.11 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
577	4019	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	32	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.14	Entendemos que el equipo deberá de contar también con Perfil de cálculos renales, ¿es correcto?	Id DEM: 4934, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos y Perfil de cálculos renales, como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS; LOS CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4019, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019CYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
578	6308	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	44	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.15	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS DEMOSTRARLO EN FOLLEROS Y/O MANUALES QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (HIS) MEDIANTE PROTOCOLO HL7 PERO ESTE NO FORMARA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTO?	para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera Id DEM: 6308, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
579	4935	BIOABAST, S.A. DE C.V.	29	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.15	Siendo que en la actualidad la tendencia es que la información clínica se maneje de manera digital (PACS, laboratorio, ficha clínica electrónica), pensando que los monitores a adquirir se utilizarán alrededor de 10 años y para no truncar la posibilidad de crecimiento futuro del sistema de informatización del hospital, es necesario que los monitores tengan la CAPACIDAD FUTURA de desplegar en sus pantallas (sin utilizar pantallas adicionales para no sacrificar el espacio dentro de la UCI) información proveniente del sistema de PACS, laboratorio digital, ficha clínica electrónica y otros sistemas digitales existentes en el hospital. ¿es correcto?	Id DEM: 4935, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
580	4936	BIOABAST, S.A. DE C.V.	30	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.17, 2.3.17.1, 2.3.17.2, 2.3.17.3	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por normatividad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta en que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes. ¿se acepta?	Id DEM: 4936, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 Con batería interna recargable., 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., 2.3.17.2 Con cargador interconstruido., 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
581	4020	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	33	3	Central de monitoreo para	2.3.17, 2.3.17.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO UNA DURACIÓN DE	Id DEM: 4020, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable con DURACION DE AL MENOS 3 HORAS, como

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
582	5333	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	25	3	múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.19	BATERÍA DE AL MENOS 3 HORAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR AL PACIENTE MONITORIZACIÓN CONTINUA EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O BIEN EN CASO DE TRASLADO O ESTUDIO Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de presiones invasivas para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	opción para los puntos 2.3.17 Con batería interna recargable; y en el numeral 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5333, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva. (Indicar marca y modelo y/o número de parte).
583	6309	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	45	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.19	DEBEMOS ENTENDER QUE POR TODA LA CENTRAL SE ENTREGARÁN SOLAMENTE DOS MÓDULOS DE PRESIÓN INVASIVA, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6309, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva. (Indicar marca y modelo y/o número de parte)
584	5752	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	16	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23	Entendemos que la convocante requiere que la cantidad total de módulos a ofertar por central sea la solicitada en los puntos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5752, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23.
585	4021	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	34	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.19, 2.3.19.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO CON CAPACIDAD DE HASTA CUATRO PRESIONES INVASIVAS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4021, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19 de la partida 3. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.19.1 En al menos dos canales., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
586	5332	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	24	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.19.3	Debemos entender que deberá contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario para mejorar la calidad de la señal. ¿Es correcto?	Id DEM: 5332, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracraneal, presión genérica definida por el usuario y contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario como opción para el punto 2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracraneal, presión genérica definida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
587	5747	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	11	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.19.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas mínimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	Id DEM: 5747, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
588	5329	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.2	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permita ofertar conexión a red a través de tecnología inalámbrica o inalámbrica, de acuerdo a cada fabricante considerando que no todos los hospitales cuentan con la infraestructura para poder implementar una solución inalámbrica que podría representar errores y pérdidas de información entre la central y los monitores que la integran. ¿Se acepta?	Id DEM: 5329, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Con conexiones a red para comunicación por vía: Inalámbrica, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
589	5334	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.20	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de gasto cardiaco para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo. ¿Es correcto?	Id DEM: 5334, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 Un módulo para Gasto cardiaco. (indicar marca y modelo y/o número de parte)
590	4022	GRUPO ORNILA, S.A. DE C.V.	35	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.20	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES DE AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARÁMETRICO QUE INCLUYA GASTO CARDIACO, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4022, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 de la partida 3.
591	5748	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	12	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.20.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder referenciar este punto como presión capilar pulmonar, ¿Se acepta?	Id DEM: 5748, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podría referenciar Función para medición y despliegue de presión de enclavamiento capilar pulmonar, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
592	5749	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	13	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.20.5	Entendemos que este punto hace referencia al cálculo del gasto cardiaco y la capacidad de reproducibilidad del valor mediante la promediación del mismo ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5749, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.20.5 Al menos cinco curvas de promedio o continuo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
593	5335	GE SISTEMAS MEDICOS DE	27	3	Central de monitoreo para	2.3.21	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de capnografía para el total de los monitores de signos vitales	Id DEM: 5335, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 Dos módulos

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
594	4023	MEXICO, S.A. DE C.V.	36	3	múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.21	vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	para Capnografía, indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
		GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.			Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)		CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFÍA, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4023, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica referente al numeral 2.3.21 de la partida 3. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.21.1 En al menos un canal, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
595	6430	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	7	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.21.2	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA, BASTARÁ CON OFERTAR SOLO UNA DE LAS TECNOLOGÍAS (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM) ANTES CITADAS, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6430, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar al menos una de las tecnologías solicitadas en el numeral 2.3.21.2 Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
596	5336	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.22	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de electroencefalografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5336, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica referente al numeral 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
597	5337	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.23	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de índice bispectral para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5337, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica referente al numeral 2.3.23 Un módulo para Índice Bispectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte).
598	5750	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	14	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.23	El índice Bispectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Id DEM: 5750, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
599	5166	COMERLAT, S.A. DE C.V.	59	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.6.1	Dice: Al menos ocho curvas simultáneas. PREGUNTA: Los monitores de última tecnología permiten mostrar un mayor número de curvas para poder visualizar la mayor cantidad de constantes fisiológicas en pantalla, como opción para el punto 2.3.6.1 Al vitales de los pacientes sin necesidad de cambiar de pantalla, por lo cual creemos que el número mínimo de curvas simultáneas será de 15. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5166, Respuesta: No es correcta su interpretación. Se acepta ofertar Despliegue simultáneo de 15 curvas de constantes fisiológicas en pantalla, como opción para el punto 2.3.6.1 Al vitales de los pacientes sin necesidad de cambiar de pantalla, por lo menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
600	5741	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	5	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.6.1	Entendemos para este punto que el monitor deberá de ser capaz de desplegar de manera simultánea hasta 8 parámetros con valor numérico y curvas ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5741, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.3.6 Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla., 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, 2.3.7 Despliegue numérico de:, 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca., 2.3.7.2 Frecuencia respiratoria., 2.3.7.3 Saturación de oxígeno., 2.3.7.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
601	6432	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	9	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 6432, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS, como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
602	4024	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	37	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 4024, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
603	4932	BIOABAST, S.A. DE C.V.	26	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.6.4	PREGUNTA: Entendemos que debido a que se tratan de monitores de gama avanzada deberán de monitorizar y desplegar el segmento ST en todas las derivaciones simultáneas, ¿es correcto?	Id DEM: 4932, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.4 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
604	5330	GE SISTEMAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	22	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.7.1	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2, presión arterial, evitando perder el valor de la frecuencia cardíaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿Se acepta?	Id DEM: 5330, Respuesta: Se acepta ofertar algoritmo para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2, presión arterial, como opción para el punto 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
605	5743	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	7	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.7.3	Debido a que la hemoglobina es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, y el tener la misma sobre los niveles normales o bajo los niveles normales puede ser indicativo de alguna condición de salud, entendemos que la convocante requiere que se tenga capacidad a futuro de poder medir la misma	Id DEM: 5743, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.7.3 Saturación de oxígeno., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
606	5331	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	23	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.7.5	mediante el sensor de dedo y desplegarla en la pantalla del monitor ¿Es esto correcto? Sugerimos a la convocante que el equipo cuente con etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos las siguientes: T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miccardio, superficial, central, lo cual permitirá una mejor interpretación de los datos desplegados en pantalla con información útil para el personal usuario, ¿Se acepta?	Id DEM: 5331, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar que el equipo cuente con Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas y etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miccardio, superficial, central como opción para el punto 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
607	5167	COMERLAT, S.A. DE C.V.	60	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.9	Dice: Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. PREGUNTA: Para poder registrar cualquier cambio súbito en la condición de los pacientes sugerimos que los monitores a ofertar cuenten con algún método que permita reconocerlos cambios súbitos en la condición del paciente y se active la medición de la PANI. ¿Se acepta?	Id DEM: 5167, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.9 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
608	5338	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	30	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	3.5, 4.2, 4.2.1	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1, ¿Es correcto?	Id DEM: 5338, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor y un transductor reusable por canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte). 4.2 Para presiones invasivas: 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
609	6431	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	8	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.	SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE DEBERÁN INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFIA SEGUN LA TÉCNICA A OFERTARSE (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM). ¿ES CORRECTO? DE SER ASI, ¿SE PUEDE COLOCAR LA LEYENDA "NO PLICA" EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE A LOS ACCESORIOS DE LAS TÉCNICAS QUE NO SERÁN OFERTADOS SEGUN SEA EL CASO?	Id DEM: 6431, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar los accesorios necesarios de la técnica ofrecida para la medición de Capnografía. Podrá colocar la leyenda "no aplica" en los accesorios de las técnicas no ofrecidas para la medición de la capnografía. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
610	5751	LIBER SALUS,	15	3	Central de	3.7.1, 3.7.2.	Entendemos que solo deberemos de ofertar los accesorios para el Id DEM: 5751, Respuesta: Se precisa que la convocante	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
611	5339	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	31	3	monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	3.7.3	tipo de tecnología incluida con el monitor ¿Es esto correcto?	requiere los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de Capnografía
612	6310	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	46	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	4.1	Solicitamos a la convocante nos aclare si en este punto se deberán ofertar electrodos adultos/pediátrico o neonatales de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades médicas, ¿Es correcto?	Id DEM: 5339, Respuesta: No es correcta su apreciación, Se precisa que la convocante requiere Para ECG al menos 200 electrodos adulto/pediátrico por monitor de cabecera solicitado para el numeral 4.1 en la presente cédula de descripción del artículo.
613	5501	HIGIA MEDIAL LAB. S. DE R.L. DE C.V.	4	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.22	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DE DISCO EN LUGAR DE LOS ELECTRODOS DESECHABLES, YA QUE LOS ELECTRODOS REUSABLES PODRAN UTILIZARSE UN MAYOR NUMERO DE VECES QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6310, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.3.1 Al menos 5 juegos de electrodos desechables,, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
614	5953	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	22	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.1	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, con el fin de reducir costos a la misma y en el caso de que la central no vaya a ser destinada a áreas como neurología, que este módulo sea opcional, ¿se acepta?	Id DEM: 5501, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte) establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
615	5954	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	23	3	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.3.6.3	Entendemos que todos los indicadores en pantalla deben poder ser visualizados de forma clara a distancia y desde diferentes ángulos, por lo que se le solicita a la convocante que la pantalla tenga una resolución de al menos 1280 x 700 pixeles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5953, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor,, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
616	5955	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES	24	3	Central de monitoreo para múltiples camas	2.3.8	Se propone a la convocante que la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones de ECG sea a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y reducir costos de consumibles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5954, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.3 Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones,, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
							Es correcto entender que los monitores de las centrales deberán contar con capacidad a futuro de medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en	Id DEM: 5955, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
617	6455	ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	69	3	(6 camas para paciente adulto)	Sin numeral	continúa; con la finalidad de reducir costos en los paquetes globulares (sangre), ya que se puede determinar de forma oportuna y efectiva si el paciente requiere o no hemoglobina o artículo. sangre, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6455, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
618	4937	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	31	4	Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas para paciente adulto)	2.2	DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, para los monitores requeridos en esta partida, no será necesario que cuenten con módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca, ¿Es correcto?	Id DEM: 4937, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla táctil de alta definición de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
619	4938	BIOABAST, S.A. DE C.V.	32	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2	PREGUNTA: Entendemos que esta pantalla deberá ser de alta definición y así como proporcionar interface a través de pantalla táctil, ¿es correcto?	Id DEM: 4938, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 22", (incluir marca y modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
620	4939	BIOABAST, S.A. DE C.V.	33	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2	Debido a que todos los fabricantes de equipo médico cuentan de forma preestablecida con una segunda pantalla que le permite al usuario poder visualizar información detallada del paciente sin tener que interrumpir o reducir las curvas de cabecera en la primera pantalla, entendemos que en la oferta se deberán contemplar al menos dos pantallas, ¿es correcto?	Id DEM: 4939, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar dos pantallas central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
621	5168	COMERLAT, S.A. DE C.V.	61	4	Central de monitoreo para múltiples	2.2	Dice: Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor (incluir marca, modelo y número de parte). Para que los parámetros de todos los pacientes sean visualizados superior, con pantalla de al menos 24", (incluir marca y	Id DEM: 5168, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 24", (incluir marca y

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					camas, cinco camas.		correctamente sugerimos que las central de monitoreo a ofertar en esta partida deberán tener un monitor de al menos 24 pulgadas, siendo esta una característica presente en todas las marcas de calidad en el mercado. ¿Se acepta?	modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
622	5754	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	18	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.1	Con el fin de evitar gastos futuros a la convocante, y pensando posibles expansiones en las unidades, la convocante requiere que la central tenga capacidad a futuro de soportar 28 monitores o más. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5754, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 5 monitores de signos vitales como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
623	4940	BIOABAST, S.A. DE C.V.	34	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.1	PREGUNTA: Entendemos que la central deberá de contar con la capacidad de crecer su visualización en hasta 48 monitores de signos vitales, ¿es correcto?	Id DEM: 4940, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 5 monitores de signos vitales como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
624	5342	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	34	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.13.1	Sugerimos a la convocante con el fin de tener un mejor uso de esta herramienta, los monitores cuenten con función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico, ¿Se acepta?	Id DEM: 5342, Respuesta: Se acepta ofertar Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central y que cuenten con función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico como opción para el punto 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
625	5762	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	26	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.13.1	Entendemos que la convocante requiere que a través de la conexión a la central podamos visualizar los datos de cada uno de los monitores (información del paciente y signos vitales) sin necesidad de ir revisar cada uno de estos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5762, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.13 Comunicación entre central de monitoreo y monitor de cabecera y entre monitores de cabecera., 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
626	5343	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	35	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.14, 2.3.15	Debemos entender que se deberá incluir dentro de la propuesta técnica y económica el software y hardware necesario para implementar esta interfaz en las unidades médicas que así lo requieran, ¿Es correcto?	Id DEM: 5343, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.14 Interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. 2.3.15 Interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
627	5760	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	24	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.14, 2.3.15	De acuerdo a lo solicitado entendemos que podremos referenciar este punto mediante el sistema de conexión propio de cada fabricante al sistema del hospital (software y/o hardware) ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5760, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.14 interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. , 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. , establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
628	5769	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	33	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.16	Durante periodos largos de interrupción de energía y en caso de falla del suministro secundario, 15 minutos no son suficientes, más cuando se trata de pacientes críticos, por lo que debemos de entender que la UPS de la central deberá de tener capacidad de funcionar al menos por 2 horas ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5769, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar UPS de la central deberá de tener capacidad de funcionar al menos por 2 horas (Incluir Marca y Modelo)., como opción para el punto 2.2.16 Unidad de energía ininterrumpible UPS de al menos 15 minutos para la central, (Incluir Marca y Modelo)., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
629	5340	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	32	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.2	Debemos entender en este punto que se deberán desplegar al menos dos curvas por paciente o 31 curvas en total, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, ¿Es correcto?	Id DEM: 5340, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar despliegue de al menos dos curvas por paciente o 31 curvas en total, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante como opción para el punto 2.2.2 Despliegue simultáneo de 2 curvas de cada paciente o 31 curvas en total, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
630	5341	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	33	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.5	Ya que no se menciona, sugerimos a la convocante que, con el fin de poder tener un seguimiento más completo con la información necesaria en cuanto a eventos e historial de alarmas durante la evolución del paciente, la central almacene por lo menos 1000 eventos, ¿Se acepta?	Id DEM: 5341, Respuesta: Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 1000 eventos o alarmas., como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
631	5756	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	20	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.2.5	Con el fin de poder visualizar un gran número de eventos durante la estancia del paciente, la convocante requiere que la central tenga capacidad de revisión de al menos 700 eventos de alarma ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5756, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 700 eventos o alarmas., como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
632	5169	COMERLAT, S.A.	62	4	Central de	2.2.7	Dice: Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas	Id DEM: 5169, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
633	4941	BIOABAST, S.A. DE C.V.	35	4	monitoreo para multiples camras, cinco camras.	2.2.7	de un paciente de 24 horas. Debido a que el registro de las constantes vitales de los pacientes es muy importante para su correcta evaluación y tratamiento, creemos que las tendencias deberán ser de al menos 120 horas. ¿Se acepta?	acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 120 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
634	4025	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	38	4	Central de monitoreo para multiples camras, cinco camras.	2.2.7, 2.3.11	PREGUNTA: 24 horas de tendencias en áreas de ciudades criticos es un periodo de tiempo muy limitado, que termina por proporcionar información no concluyente de la evolución de un paciente, por lo cual entendemos que se deberán ofertar al menos 72 horas de tendencias gráficas y numéricas, ya que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante de calidad y permite al usuario un mejor panorama clínico, ¿es correcto?	Id DEM: 4941, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
635	5761	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	25	4	Central de monitoreo para multiples camras, cinco camras.	2.2.8	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS. LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4025, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
636	5755	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	19	4	Central de monitoreo para multiples camras, cinco camras.	2.2.9	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento numerico del parámetro, deberemos de poder revisar la curva monitorizada del paciente por al menos 72 horas previas al momento de la visualización ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5761, Respuesta: No es correcta su apreciación. favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas., establecido en la presente convocatoria./ cédula de descripción del artículo.
637	5344	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	36	4	Central de monitoreo para multiples camras, cinco camras.	2.3	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las arritmias, por lo que solicitamos de la manera mas atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 arritmias ¿Se acepta?	Id DEM: 5755, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles., 2.2.9 Detección de al menos 10 arritmias., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
							Al referirse a monitor modular, debemos entender que los equipos deberán contar con módulos insertables dentro del monitor de signos vitales, ¿Es correcto?	Id DEM: 5344, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para multiples camras solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
638	4942	BIOABAST, S.A. DE C.V.	36	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que la tecnología de módulos a ofertar deberá de ser a través de módulos insertables al cuerpo del equipo y/o racks sin tener módulos externos que son fáciles de extraviar y dañar ¿es correcto?	central de monitoreo referida. Id DEM: 4942, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
639	4943	BIOABAST, S.A. DE C.V.	37	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que el equipo deberá de contar con pantalla táctil LCD TFT de al menos 15 pulgadas para facilitar al usuario la interacción con las interfaces, ¿es correcto?	Id DEM: 4943, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor modular táctil a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, como opción para el punto 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
640	4026	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	39	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO QUE INCLUYA LOS PARÁMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRÍA, TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDÍACO). TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4026, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 4.
641	5758	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	22	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.10	Debemos entender que además de detectar al menos 10 arritmias, el monitor deberá tener la capacidad de aprender y reconocer el ritmo del paciente para diferenciarlo de las arritmias ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5758, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.10 Detección de por lo menos diez arritmias establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
642	4027	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	40	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.10	EN MÉXICO LAS ENFERMEDADES CARDÍACAS VAN EN AUMENTO, POR LO QUE EXISTE LA NECESIDAD CLÍNICA DE REALIZAR UN MONITOREO COMPLETO DE ARRITMIAS, POR TANTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO 19 ARRITMIAS, LO CUAL REDUNDARÁ EN UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE EN ÁREAS CRÍTICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4027, Respuesta: Se acepta ofertar COMO MÍNIMO Detección de 19 ARRITMIAS, como opción para el punto 2.3.10 Detección de por lo menos diez arritmias, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
643	4945	BIOABAST, S.A. DE C.V.	39	4	Central de monitoreo para múltiples	2.3.11	PREGUNTA: Pensando en que el equipo podría llegar a necesitarse en un paciente con instancia hospitalaria de más de un día entendemos que para poder tener un panorama clínico de al menos 72 horas como mínimo, como opción para el punto	Id DEM: 4945, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tendencias gráficas y numéricas de un paciente como mínimo, como opción para el punto

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
644	4946	BIOABAST, S.A. DE C.V.	40	4	camas, cinco camas.	2.3.14	la evolución del paciente las tendencias gráficas y numéricas deberán de ser de al menos 72 horas, que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante con productos de calidad, ¿es correcto?	2.3.11 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
645	4028	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	41	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.14	Entendemos que el equipo deberá de contar también con Perfil de cálculos renales, ¿es correcto?	Id DEM: 4946, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos y Perfil de cálculos renales, como opción para el punto 2.3.14. Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
646	6311	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	47	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.15	CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CALCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CALCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS; LOS CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4028, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
647	4947	BIOABAST, S.A. DE C.V.	41	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.15	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS DEMOSTRARLO EN FOLLEROS Y/O MANUALES QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (HIS) MEDIANTE PROTOCOLO HL7 PERO ESTE NO FORMARA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CALCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14. Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
647	4947	BIOABAST, S.A. DE C.V.	41	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.15	Siendo que en la actualidad la tendencia es que la información clínica se maneje de manera digital (PACS, laboratorio, ficha clínica electrónica), pensando que los monitores a adquirir se utilizarán alrededor de 10 años y para no truncar la posibilidad de crecimiento futuro del sistema de informatización del hospital, es necesario que los monitores tengan la CAPACIDAD FUTURA de desplegar en sus pantallas (sin utilizar pantallas adicionales para no sacrificar el espacio dentro de la UCI) información proveniente del sistema de PACS, laboratorio digital, ficha clínica electrónica y otros sistemas digitales existentes en el hospital. ¿es correcto?	Id DEM: 6311, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
647	4947	BIOABAST, S.A. DE C.V.	41	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.15	Siendo que en la actualidad la tendencia es que la información clínica se maneje de manera digital (PACS, laboratorio, ficha clínica electrónica), pensando que los monitores a adquirir se utilizarán alrededor de 10 años y para no truncar la posibilidad de crecimiento futuro del sistema de informatización del hospital, es necesario que los monitores tengan la CAPACIDAD FUTURA de desplegar en sus pantallas (sin utilizar pantallas adicionales para no sacrificar el espacio dentro de la UCI) información proveniente del sistema de PACS, laboratorio digital, ficha clínica electrónica y otros sistemas digitales existentes en el hospital. ¿es correcto?	Id DEM: 4947, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
648	4948	BIOABAST, S.A. DE C.V.	42	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.17, 2.3.17.1, 2.3.17.2, 2.3.17.3	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por normatividad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta en que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes, ¿se acepta?	Id DEM: 4948, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17. Con batería interna recargable., 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., 2.3.17.2 Con cargador interconstruido., 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
649	4029	GRUPO ORINILA, S.A DE C.V.	42	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.17.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MINIMO UNA DURACIÓN DE BATERÍA DE AL MENOS 3 HORAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR AL PACIENTE MONITORIZACIÓN CONTINUA EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O BIEN EN CASO DE TRASLADO O ESTUDIO.	Id DEM: 4029, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable con DURACIÓN DE AL MENOS 3 HORAS., como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
650	5349	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	41	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.19	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de presiones invasivas para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5349, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
651	6312	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	48	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.19	DEBEMOS ENTENDER QUE POR TODA LA CENTRAL SE ENTREGARAN SOLAMENTE DOS MODULOS DE PRESION INVASIVA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6312, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva, (indicar marca y modelo y/o número de parte);
652	5768	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	32	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23	Entendemos que la convocante requiere que la cantidad total de módulos a ofertar por central sea la solicitada en los puntos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5768, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que confígan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
653	4030	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	43	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.19, 2.3.19.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO CON CAPACIDAD DE HASTA CUATRO PRESIONES INVASIVAS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4030, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica referente al numeral 2.3.19 de la partida 4.
654	5348	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	40	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.19.3	Debemos entender que deberá contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario para mejorar la calidad de la señal. ¿Es correcto?	Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.19.1 En al menos dos canales, establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Id DEM: 5348, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracranial, presión generica definida por el usuario y contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario como opción para el punto 2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracranial, presión generica definida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
655	5763	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	27	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.19.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas mínimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	Id DEM: 5763, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
656	5345	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	37	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.2	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permita ofertar conexión a red a través de tecnología inalámbrica o inalámbrica, de acuerdo a cada fabricante considerando que todos los hospitales cuentan con la infraestructura para poder implementar una solución inalámbrica que podría representar errores y pérdidas de información entre la central y los monitores que la integran, ¿Se acepta?	Id DEM: 5345, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Con conexiones a red para comunicación por vía: Inalámbrica., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
657	5350	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	42	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.20	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de gasto cardiaco para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5350, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica referente al numeral 2.3.20 Un módulo para Gasto cardiaco (indicar marca y modelo y/o número de parte)
658	4031	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	44	4	Central de monitoreo para	2.3.20	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES	Id DEM: 4031, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica referente al numeral

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					múltiples camas, cinco camas.		AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA GASTO CARDIACO, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	2.3.20 de la partida 4.
659	5764	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	28	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.20.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder referenciar este punto como presión capilar pulmonar, ¿Se acepta?	Id DEM: 5764, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar Función para medición y despliegue de presión de enclavamiento capilar pulmonar, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
660	5765	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	29	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.20.5	Entendemos que este punto hace referencia al cálculo del gasto cardiaco y la capacidad de reproducibilidad del valor mediante la promediación del mismo ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5765, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.20.5 Al menos cinco curvas de promedio o continuo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
661	5351	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	43	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.21	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de capnografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5351, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 Dos módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
662	4032	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	45	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.21, 2.3.21.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFÍA, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4032, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 de la partida 4. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.21.1 En al menos un canal, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
663	6433	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	10	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.21.2	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA MEDICIÓN DE LAS CAPNOGRAFÍA, BASTARÁ CON OFERTAR SOLO UNA DE LAS TECNOLOGÍAS (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM) ANTES CITADAS, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6433, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar al menos una de las tecnologías solicitadas en el numeral 2.3.21.2 Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
664	5352	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	44	4	Central de monitoreo para múltiples	2.3.22	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de electroencefalografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5352, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte).

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			camas, cinco camas.			
665	5353	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	45	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.23	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de índice biespectral para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5353, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral. (Indicar marca y modelo y/o número de parte).
666	5766	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	30	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.23	El Índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más alenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante, ¿Se acepta?	Id DEM: 5766, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
667	5170	COMERLAT, S.A. DE C.V.	63	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.6.1	Dice: Al menos ocho curvas simultáneas. Los monitores de última tecnología permiten mostrar un mayor número de curvas para poder visualizar la mayor cantidad de constantes vitales de los pacientes sin necesidad de cambiar de pantalla, por lo cual creemos que el número mínimo de curvas simultáneas será de 15. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5170, Respuesta: No es correcta su interpretación. Se acepta ofertar Despliegue simultáneo de 15 curvas fisiológicas en pantalla, como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
668	5757	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	21	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.6.1	Entendemos para este punto que el monitor deberá de ser capaz de desplegar de manera simultánea hasta 8 parámetros con valor numérico y curvas ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5757, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.3.6 Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla, 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, 2.3.7 Despliegue numérico de, 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca, 2.3.7.2 Frecuencia respiratoria, 2.3.7.3 Saturación de oxígeno, 2.3.7.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
669	6435	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	12	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 6435, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS, como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
670	4033	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	46	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 4033, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
671	4944	BIOABAST, S.A. DE C.V.	38	4	camas. Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.6.4	PREGUNTA: Entendemos que debido a que se tratan de monitores de gama avanzada deberán de monitorizar y desplegar el segmento ST en todas las derivaciones simultáneas, ¿es correcto?	licitantes hacerlo de esta manera.. Id DEM: 4944, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.4 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
672	5346	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	38	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.7.1	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardiaca considerando ECG, SpO2 y presión arterial, evitando perder el valor de la frecuencia cardiaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿Se acepta?	Id DEM: 5346, Respuesta: Se acepta ofertar algoritmo para el cálculo de la frecuencia cardiaca considerando ECG, SpO2 y presión arterial, como opción para el punto 2.3.7.1 Frecuencia cardiaca, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
673	5759	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	23	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.7.3	Debido a que la hemoglobina es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, y el tener la misma sobre los niveles normales o bajo los niveles normales puede ser indicativo de alguna condición de salud, entendemos que la convocante requiere que se tenga capacidad a futuro de poder medir la misma mediante el sensor de dedo y desplegarla en la pantalla del monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5759, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.7.3 Saturación de oxígeno., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
674	5347	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	39	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.7.5	Sugerimos a la convocante que el equipo cuente con etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos las siguientes: T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, superficial, temperatura y etiquetas de identificación de los canales de central, lo cual permitirá una mejor interpretación de los datos desplegados en pantalla con información útil para el personal usuario, ¿Se acepta?	Id DEM: 5347, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar que el equipo cuente con Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperatura para al menos T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, superficial, central como opción para el punto 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
675	5171	COMERLAT, S.A. DE C.V.	64	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	2.3.9	Dice: Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Para poder registrar cualquier cambio súbito en la condición de los pacientes sugerimos que los monitores a ofertar cuenten con algún método que permita reconocerlos cambios súbitos en la condición del paciente y se active la medición de la PANI. ¿Se acepta?	Id DEM: 5171, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.9 Modos de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
676	6436	TECNOLOGIA EN	13	4	Central de	3.3	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR LA CANTIDAD DE	Id DEM: 6436, Respuesta: Se precisa que la convocante

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
677	5354	MEDICINA, S.A. DE C.V.	46	4	monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	3.5, 4.2, 4.2.1	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES POR MEDIDA QUE REQUIERE POR MONITOR DE SIGNOS VITALES?	requiere dos brazaletes desechables en dos diferentes medidas con manguera y conector, por monitor de cabecera solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte).
678	6434	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	11	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1. ¿Es correcto?	Id DEM: 5354, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor y un transductor reusable por canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte). 4.2 Para presiones invasivas: 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
679	5767	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	31	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3	SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE DEBERÁN INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFIA SEGUN LA TECNICA A OFERTARSE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM. ¿ES CORRECTO? DE SER ASÍ, ¿SE PUEDE COLOCAR LA LEYENDA "NO PULSA" EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE A LOS ACCESORIOS DE LAS TECNICAS QUE NO SERÁN OFERTADOS SEGUN SEA EL CASO?	Id DEM: 6434, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar los accesorios necesarios de la técnica ofrecida para la medición de Capnografía. Podrá colocar la leyenda "no aplica" en los accesorios de las técnicas no ofrecidas para la medición de la capnografía. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
680	5355	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	47	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	4.1	Entendemos que solo deberemos de ofertar los accesorios para el tipo de tecnología incluida con el monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5767, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de Capnografía
681	6313	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	49	4	Central de monitoreo para múltiples camas, cinco camas.	4.3.1	Solicitamos a la convocante nos adare si en este punto se deberán ofertar electrodos adultos/pediatrico o neonatal de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades médicas, ¿Es correcto?	Id DEM: 5355, Respuesta: Es correcta su apreciación, deberán ofertar electrodos adultos/pediatrico o neonatal de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades médicas.
							SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DE DISCO EN LUGAR DE LOS ELECTRODOS DESECHABLES, YA QUE LOS ELECTRODOS REUSABLES PODRAN UTILIZARSE UN MAYOR NUMERO DE	Id DEM: 6313, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.3.1 Al menos 5 juegos de electrodos desechables., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							VECES QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	
682	5502	HIGIA MEDIAL LAB, S. DE R.L. DE C.V.	5	4	Central de monitoreo para camaras, cinco camaras.	2.3.22	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, con el fin de reducir costos a la misma y en el caso de que la central no vaya a ser destinada a áreas como neurologia, que este módulo sea opcional, ¿se acepta?	Id DEM: 5502, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
683	5956	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	25	4	Central de monitoreo para multiples camaras, cinco camaras.	2.3.1	Entendemos que todos los indicadores en pantalla deben poder ser visualizados de forma clara a distancia y desde diferentes ángulos, por lo que se le solicita a la convocante que la pantalla tenga una resolución de al menos 1280 x 700 pixeles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5956, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
684	5957	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	26	4	Central de monitoreo para multiples camaras, cinco camaras.	2.3.6.3	Se propone a la convocante que la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones de ECG sea a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y reducir costos de consumibles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5957, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.3 Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
685	5958	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	27	4	Central de monitoreo para multiples camaras, cinco camaras.	2.3.8	Es correcto entender que los monitores de las centrales deberán contar con capacidad a futuro de medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua; con la finalidad de reducir costos en los paquetes globulares (sangre), ya que se puede determinar de forma oportuna y efectiva si el paciente requiere o no hemoglobina o sangre, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5958, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a utilizar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
686	6456	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	70	4	Central de monitoreo para multiples camaras, cinco camaras.	Sin numeral	DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, para los monitores requeridos en esta partida, no será necesario que cuenten con módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca, ¿Es correcto?	Id DEM: 6456, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camaras cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
687	5172	COMERLAT, S.A. DE C.V.	65	5	Central de monitoreo para multiples camaras, diez camaras.	2.2	Dice: Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor (indicar marca, modelo y número de parte); acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología Para que los parámetros de todos los pacientes sean visualizados superior, con pantalla de al menos 24" (indicar marca y correctamente sugerimos que las central de monitoreo a ofertar en modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2	Id DEM: 5172, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 24" (indicar marca y número de parte) como opción para el punto 2.2

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
688	4949	BIOABAST, S.A. DE C.V.	43	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2	esta partida deberán tener un monitor de al menos 24 pulgadas, siendo esta una característica presente en todas las marcas de calidad en el mercado. ¿Se acepta? PREGUNTA: Entendemos que esta pantalla deberá ser de alta definición y así como proporcionar interface a través de pantalla táctil, ¿es correcto?	Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 4949, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla táctil de alta definición de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
689	4950	BIOABAST, S.A. DE C.V.	44	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2	Para una óptima visualización de los monitores de cabecera y tomando en cuenta la cantidad de parámetros solicitados, entendemos que la pantalla(s) de la central, deberá(n) ser de al menos 22". ¿Es correcto?	Id DEM: 4950, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 22", (incluir marca y modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
690	4951	BIOABAST, S.A. DE C.V.	45	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2	Debido a que todos los fabricantes de equipo médico cuentan de forma preestablecida con una segunda pantalla que le permite al usuario poder visualizar información detallada del paciente sin tener que interrumpir o reducir las curvas de cabecera en la primera pantalla, entendemos que en la oferta se deberán contemplar al menos dos pantallas, ¿es correcto?	Id DEM: 4951, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar dos pantallas central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
691	5770	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	34	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2.1	Con el fin de evitar gastos futuros a la convocante, y pensando en posibles expansiones en las unidades, la convocante requiere que la central tenga capacidad a futuro de soportar 28 monitores o más. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5770, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar diez monitores de signos vitales como mínimo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
692	4952	BIOABAST, S.A. DE C.V.	46	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2.1	PREGUNTA: Entendemos que la central deberá de contar con la capacidad de crecer su visualización en hasta 48 monitores de signos vitales, ¿es correcto?	Id DEM: 4952, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 10 monitores de signos vitales como mínimo, establecido en la presente cédula de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
683	5358	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	50	5	camas. Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2.13.1	Sugerimos a la convocante con el fin de tener un mejor uso de esta herramienta, los monitores cuenten con función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico. ¿Se acepta?	Id DEM: 5358, Respuesta: Se acepta ofertar Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico como opción para el punto 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
694	5778	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	42	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2.13.1	Entendemos que la convocante requiere que a través de la conexión a la central podamos visualizar los datos de cada uno de los monitores (información del paciente y signos vitales) sin necesidad de ir revisar cada uno de estos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5778, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.13 Comunicación entre central de monitoreo y monitor de cabecera y entre monitores de cabecera, 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
695	5359	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	51	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2.14, 2.3.15	Debemos entender que se deberá incluir dentro de la propuesta técnica y económica el software y hardware necesario para implementar esta interface en las unidades médicas que así lo requieran, ¿Es correcto?	Id DEM: 5359, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.14 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
696	5776	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	40	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2.14, 2.3.15	De acuerdo a lo solicitado entendemos que podremos referenciar este punto mediante el sistema de conexión propio de cada fabricante al sistema del hospital (software y/o hardware) ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5776, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.14 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
697	5785	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	49	5	Central de monitoreo para	2.2.16	Durante periodos largos de interrupción de energía y en caso de falla del suministro secundario, 15 minutos no son suficientes, más acepta ofertar UPS de la central deberá de tener capacidad	Id DEM: 5785, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar UPS de la central deberá de tener capacidad

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
698	5356	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	48	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.2.2	cuando se trata de pacientes críticos, por lo que debemos de entender que la UPS de la central deberá de tener capacidad de funcionar al menos por 2 horas ¿Es esto correcto?	de funcionar al menos por 2 horas (Incluir Marca y Modelo), como opción para el punto 2.2.16 Unidad de energía ininterrumpible UPS de al menos 15 minutos para la central, (Incluir Marca y Modelo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
699	5357	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	49	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.2.5	Debemos entender en este punto que se deberán desplegar al menos dos curvas por paciente o 31 curvas en total, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. ¿Es correcto?	Id DEM: 5356, Respuesta: Se acepta ofertar despliegue de al menos dos curvas por paciente o 31 curvas en total, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante como opción para el punto 2.2.2 Despliegue simultáneo de 2 curvas de cada paciente o 31 curvas en total, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
700	5772	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	36	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.2.5	Ya que no se menciona, sugerimos a la convocante que, con el fin de poder tener un seguimiento más completo con la información necesaria en cuanto a eventos e historial de alarmas durante la evolución del paciente, la central almacene por lo menos 1000 eventos, ¿Se acepta?	Id DEM: 5357, Respuesta: Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 1000 eventos o alarmas, como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
701	5173	COMERLAT, S.A. DE C.V.	66	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.2.7	Con el fin de poder visualizar un gran número de eventos durante la estancia del paciente, la convocante requiere que la central tenga capacidad de revisión de al menos 700 eventos de alarma ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5772, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 700 eventos o alarmas, como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
702	4953	BIOABAST, S.A. DE C.V.	47	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.2.7	Dice: Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas. Debido a que el registro de las constantes vitales de los pacientes es muy importante para su correcta evaluación y tratamiento, creemos que las tendencias deberán ser de al menos 120 horas. ¿Se acepta?	Id DEM: 5173, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 120 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
703	4034	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	47	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.2.7, 2.3.11	PREGUNTA: 24 horas de tendencias en áreas de cuidados críticos es un período de tiempo muy limitado, que termina por proporcionar información no concluyente de la evolución de un paciente, por lo cual entendemos que se deberán ofertar al menos 72 horas de tendencias gráficas y numéricas, ya que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante de calidad y permite al usuario un mejor panorama clínico, ¿es correcto?	Id DEM: 4953, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS requerido por la convocante se encuentra debidamente SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
704	5777	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	41	5	camas, diez camas.	2.2.8	TENGAN COMO MÍNIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS, LO CUAL REDUNDARÁ EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRÁFICOS Y NUMÉRICOS DE TODOS LOS PARÁMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLÍNICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
705	5771	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	35	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.2.9	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento numérico del parámetro, deberemos de poder revisar la curva monitorizada del paciente por al menos 72 horas previas al momento de la visualización. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5777, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas, establecido en la presente cédula de descripción del artículo
706	5360	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	52	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las arritmias, por lo que solicitamos de la manera más atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 arritmias ¿Se acepta?	Id DEM: 5771, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles, 2.2.9 Detección de al menos 10 arritmias, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
707	4954	BIOABAST, S.A. DE C.V.	48	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.1	Al referirse a monitor modular, debemos entender que los equipos deberán contar con módulos insertables dentro del monitor de signos vitales, ¿Es correcto?	Id DEM: 5360, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas soliciteda, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
708	4955	BIOABAST, S.A. DE C.V.	49	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que la tecnología de módulos a ofertar deberá de ser a través de módulos insertables al cuerpo del equipo y/o racks sin tener módulos externos que son fáciles de extraviar y dañar ¿es correcto?	Id DEM: 4954, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor modular táctil a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, como opción para el punto 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
709	4035	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	48	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que el equipo deberá de contar con pantalla táctil LCD TFT de al menos 15 pulgadas para facilitar al usuario la interacción con las interfaces, ¿es correcto?	Id DEM: 4035, Respuesta: No es correcta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
710	5774	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	38	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.10	AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA LOS PARÁMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRÍA, TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDÍACO). TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15"o mayor., establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 5
711	4036	GRUPO ORINLA, S.A DE C. V.	49	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.10	EN MÉXICO LAS ENFERMEDADES CARDÍACAS VAN EN AUMENTO, POR LO QUE EXISTE LA NECESIDAD CLÍNICA DE REALIZAR UN MONITOREO COMPLETO DE ARRITMIAS, POR TANTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO 19 ARRITMIAS, LO CUAL REDUNDARÁ EN UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE EN ÁREAS CRÍTICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5774, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.10 Detección de por lo menos diez arritmias establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
712	4957	BIOABAST, S.A. DE C.V.	51	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.11	PREGUNTA: Pensando en que el equipo podría llegar a necesitarse en un paciente con instancia hospitalaria de más de un día entendemos que para poder tener un panorama clínico de la evolución del paciente las tendencias gráficas y numéricas deberán de ser de al menos 72 horas, que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante con productos de calidad, ¿es correcto?	Id DEM: 4957, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas como mínimo, como opción para el punto 2.3.11 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
713	4958	BIOABAST, S.A. DE C.V.	52	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.14	Entendemos que el equipo deberá de contar también con Perfil de cálculos renales, ¿es correcto?	Id DEM: 4958, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos y Perfil de cálculos renales, como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
714	4037	GRUPO ORINLA, S.A DE C. V.	50	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.14	CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS; LOS	Id DEM: 4037, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
715	6314	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	50	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.3.15	CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA? DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS DEMOSTRARLO EN FOLLEROS Y/O MANUALES QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (HIS) MEDIANTE PROTOCOLO HL7 PERO ESTE NO FORMARA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6314, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
716	4959	BIOABAST, S.A. DE C.V.	53	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.3.15	Siendo que en la actualidad la tendencia es que la información clínica se maneje de manera digital (PACS, laboratorio, ficha clínica electrónica), pensando que los monitores a adquirir se utilizarán alrededor de 10 años y para no truncar la posibilidad de crecimiento futuro del sistema de informatización del hospital, es necesario que los monitores tengan la CAPACIDAD FUTURA de desplegar en sus pantallas (sin utilizar pantallas adicionales para no sacrificar el espacio dentro de la UCI) información proveniente del sistema de PACS, laboratorio digital, ficha clínica electrónica y otros sistemas digitales existentes en el hospital. ¿es correcto?	Id DEM: 4959, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
717	4960	BIOABAST, S.A. DE C.V.	54	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.3.17, 2.3.17.1, 2.3.17.2, 2.3.17.3	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por normalidad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta en que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes. ¿se acepta?	Id DEM: 4960, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 Con batería interna recargable., 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., 2.3.17.2 Con cargador interconstruido., 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
718	4038	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	51	5	Central de monitoreo para multiples	2.3.17.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MINIMO UNA DURACION DE BATERIA DE AL MENOS 3 HORAS, CON LA FINALIDAD DE	Id DEM: 4038, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable con DURACIÓN DE AL MENOS 3 HORAS., como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					camas, diez camas.		BRINDAR AL PACIENTE MONITORIZACIÓN CONTINUA EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O BIEN EN CASO DE TRASLADO O ESTUDIO.	hora., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
719	5365	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	57	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.19	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar cuatro módulos de presiones invasivas para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5365, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19 Cuatro módulos para presión invasiva, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
720	6315	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	51	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.19	DEBEMOS ENTENDER QUE POR TODA LA CENTRAL SE ENTREGARÁN SOLAMENTE CUATRO MÓDULOS DE PRESIÓN INVASIVA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6315, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19 Cuatro módulos para presión invasiva, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
721	5784	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	48	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23	Entendemos que la convocante requiere que la cantidad total de módulos a ofertar por central sea la solicitada en los puntos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5784, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23.
722	4039	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	52	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.19	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES DE AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO CON CAPACIDAD DE HASTA CUATRO PRESIONES INVASIVAS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4039, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19 de la partida 5.
723	5364	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	56	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.19.3	Debemos entender que deberá contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario para mejorar la calidad de la señal. ¿Es correcto?	Id DEM: 5364, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta oferta Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracraneal, presión genérica definida por el usuario y contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario como opción para el punto 2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracraneal, presión genérica definida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
724	5779	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	43	5	Central de monitoreo para	2.3.19.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de vez que no describe las características propias del equipo a	Id DEM: 5779, Respuesta: No se da respuesta puntual toda

Licitación Pública Internacional, bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-EB-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
725	5361	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	53	5	múltiples camas, diez camas.	2.3.2	nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas mínimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	ofertar.
726	5366	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	58	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.20	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permita ofertar conexión a red a través de tecnología inalámbrica o inalámbrica, de acuerdo a cada fabricante considerando que no todos los hospitales cuentan con la infraestructura para poder implementar una solución inalámbrica que podría representar errores y pérdidas de información entre la central y los monitores que la integran. ¿Se acepta?	Id DEM: 5361, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Con conexiones a red para comunicación por vía: Inalámbrica, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
727	4040	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	53	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.20	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de gasto cardiaco para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5366, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 Dos módulos para Gasto cardiaco. (indicar marca y modelo y/o número de parte)
728	5780	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	44	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.20.3	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES DE ATENDER A LA AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA GASTO CARDIACO, TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4040, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 de la partida 5.
729	5781	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	45	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.20.5	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder referenciar este punto como presión capilar pulmonar, ¿Se acepta?	Id DEM: 5780, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar Función para medición y despliegue de presión de enclavamiento capilar pulmonar, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
730	5367	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	59	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.21	Entendemos que este punto hace referencia al cálculo del gasto cardiaco y la capacidad de reproducibilidad del valor mediante la promediación del mismo ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5781, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.20.5 Al menos cinco curvas de promedio o continuo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
730	5367	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	59	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.21	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar cuatro módulos de capnografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5367, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 Cuatro módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada (indicar marca y modelo y/o número de parte)

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
731	4041	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	54	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.21, 2.3.21.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFIA, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4041, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica referente al numeral 2.3.21 de la partida 5. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.21.1 En al menos un canal, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
732	6437	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	14	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.21.2	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFIA, BASTARÁ CON OFERTAR SOLO UNA DE LAS TECNOLOGÍAS (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM) ANTES CITADAS, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6437, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar al menos una de las tecnologías solicitadas en el numeral 2.3.21.2 Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
733	5368	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	60	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.22	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de electroencefalografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5368, Respuesta: Favor de atender a Precisión EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte)
734	5369	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	61	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.23	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de índice biespectral para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5369, Respuesta: Favor de atender a Precisión Índice Biespectral, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
735	5782	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	46	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.23	El índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Id DEM: 5782, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
736	5174	COMERLAT, S.A. DE C.V.	67	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.6.1	Dice: Al menos ocho curvas simultáneas. Los monitores de última tecnología permiten mostrar un mayor número de curvas para poder visualizar la mayor cantidad de constantes vitales de los pacientes sin necesidad de cambiar de pantalla, por lo cual creemos que el número mínimo de curvas simultáneas será de 15. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5174, Respuesta: No es correcta su interpretación. Se acepta ofertar Despliegue simultáneo de 15 curvas como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
737	5773	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	37	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.6.1	Entendemos para este punto que el monitor deberá de ser capaz de desplegar de manera simultánea hasta 8 parámetros con valor favor de atender a la descripción solicitada en los numerales	Id DEM: 5773, Respuesta: No es correcta su apreciación, de desplegar de manera simultánea hasta 8 parámetros con valor favor de atender a la descripción solicitada en los numerales

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					múltiples camas, diez camas.		numérico y curvas ¿Es esto correcto?	2.3.6 Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla., 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, 2.3.7 Despliegue numérico de: 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca., 2.3.7.2 Frecuencia respiratoria., 2.3.7.3 Saturación de oxígeno., 2.3.7.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)., 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., establecido en la presente cédula de descripción del artículo
738	6439	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	16	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 6439, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS., como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
739	4042	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	55	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 4042, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
740	4956	BIOABAST, S.A. DE C.V.	50	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.6.4	PREGUNTA: Entendemos que debido a que se tratan de monitores de gama avanzada deberán de monitorizar y desplegar el segmento ST en todas las derivaciones simultáneas, ¿es correcto?	Id DEM: 4956, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.4 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
741	5362	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	54	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.7.1	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2 y presión arterial, evitando perder el valor de la frecuencia cardíaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿Se acepta?	Id DEM: 5362, Respuesta: Se acepta ofertar algoritmo para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2 y presión arterial como opción para el punto 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
742	5775	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	39	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.7.3	Debido a que la hemoglobina es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, y el tener la misma sobre los niveles normales o bajo los niveles normales puede ser indicativo de alguna condición de salud, entendemos que la convocante requiere que se tenga capacidad a futuro de poder medir la misma mediante el sensor de dedo y desplegarla en la pantalla del monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5775, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.7.3 Saturación de oxígeno., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
743	5363	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	55	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.3.7.5	Sugerimos a la convocante que el equipo cuente con etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos las siguientes: T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miocárdico, superficial, temperatura para al menos T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, central, lo cual permitirá una mejor interpretación de los datos desplegados en pantalla con información útil para el personal usuario, ¿Se acepta?	Id DEM: 5363, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar que el equipo cuente con Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas y etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miocárdico, superficial, central como opción para el punto 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
744	5175	COMERLAT, S.A. DE C.V.	68	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	2.3.9	Dice: Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Para poder registrar cualquier cambio súbito en la condición de los pacientes sugerimos que los monitores a ofertar cuenten con algún método que permita reconocerlos cambios súbitos en la condición del paciente y se active la medición de la PANI. ¿Se acepta?	Id DEM: 5175, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.9 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
745	6440	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	17	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	3.3	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR LA CANTIDAD DE BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES POR MEDIDA QUE REQUIERE POR MONITOR DE SIGNOS VITALES?	Id DEM: 6440, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere dos brazales desechables en dos diferentes medidas con manguera y conector, por monitor de cabecera solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte).
746	5370	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	62	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	3.5, 4.2, 4.2.1	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1, ¿Es correcto?	Id DEM: 5370, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor y un transductor reusable por canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte) , 4.2 Para presiones invasivas: 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
747	6438	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	15	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3	SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE DEBERAN INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA MEDICION DE CAPNOGRAFIA SEGUN LA TECNICA A OFERTARSE (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM). ¿ES CORRECTO? DE SER ASI, ¿SE PUEDE COLOCAR LA LEYENDA "NO PLICA" EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE A LOS ACCESORIOS DE LAS TECNICAS	Id DEM: 6438, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de Capnografía. Podrá colocar la leyenda "no aplica" en los accesorios de las técnicas no ofertadas para la medición de la capnografía. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
748	5783	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	47	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3	QUE NO SERÁN OFERTADOS SEGÚN SEA EL CASO? Entendemos que solo deberemos de ofertar los accesorios para el tipo de tecnología incluida con el monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5783, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de Capnografía
749	5371	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	63	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	4.1	Solicitamos a la convocante nos aclare si en este punto se deberán ofertar electrodos adultos/pediatrico o neonatal de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades médicas, ¿Es correcto?	Id DEM: 5371, Respuesta: Es correcta su apreciación deberán ofertar electrodos adultos/pediatrico o neonatal de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades médicas.
750	6316	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	52	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	4.3.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DE DISCO EN LUGAR DE LOS ELECTRODOS DESECHABLES, YA QUE LOS ELECTRODOS REUSABLES PODRÁN UTILIZARSE UN MAYOR NUMERO DE VECES QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6316, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.3.1. Al menos 5 juegos de electrodos desechables, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
751	5503	HIGIA MEDIAL LAB, S. DE R.L. DE C.V.	6	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.22	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, con el fin de reducir costos a la misma y en el caso de que la central no vaya a ser destinada a áreas como neurología, que este módulo sea opcional, ¿se acepta?	Id DEM: 5503, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.22. Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
752	5959	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	28	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.1	Entendemos que todos los indicadores en pantalla deben poder ser visualizados de forma clara a distancia y desde diferentes ángulos, por lo que se le solicita a la convocante que la pantalla tenga una resolución de al menos 1280 x 700 pixeles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5959, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor,, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
753	5960	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	29	5	Central de monitoreo para múltiples camas, diez camas.	2.3.6.3	Se propone a la convocante que la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones de ECG sea a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros derivaciones, establecido en la presente cédula de procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y reducir costos de consumibles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5960, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.3 Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones de ECG, establecido en la presente cédula de procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y reducir costos de consumibles. ¿Se acepta nuestra propuesta?
754	5961	PRODUCTOS Y	30	5	Central de	2.3.8	Es correcto entender que los monitores de las centrales deberán	Id DEM: 5961, Respuesta: No es correcta su apreciación.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.			monitoreo para multiples camas, diez camas.		contar con capacidad a futuro de medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua; con la finalidad de reducir costos en los paquetes globulares (sangre), ya que se puede determinar de forma oportuna y efectiva si el paciente requiere o no hemoglobina o sangre. ¿Es correcta nuestra apreciación?	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
755	6457	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	71	5	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	Sin numeral	DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, para los monitores requeridos en esta partida, no será necesario que cuenten con módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca. ¿Es correcto?	Id DEM: 6457, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para multiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
756	5176	COMERLAT, S.A. DE C.V.	69	6	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	2.2		Id DEM: 5176, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 24", (incluir marca y modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
757	4961	BIOABAST, S.A. DE C.V.	55	6	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	2.2	PREGUNTA: Entendemos que esta pantalla deberá ser de alta definición y así como proporcionar interfaz a través de pantalla táctil, ¿es correcto?	Id DEM: 4961, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla táctil de alta definición de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
758	4962	BIOABAST, S.A. DE C.V.	56	6	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	2.2	Para una óptima visualización de los monitores de cabecera y tomando en cuenta la cantidad de parámetros solicitados, entendemos que la pantalla(s) de la central, deberá(n) ser de al menos 22", ¿Es correcto?	Id DEM: 4962, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 22", (incluir marca y modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
759	4963	BIOABAST, S.A.	57	6	Central de	2.2	Debido a que todos los fabricantes de equipo médico cuentan de	Id DEM: 4963, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DE C.V.			monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.		forma preestablecida con una segunda pantalla que le permite al usuario poder visualizar información detallada del paciente sin tener que interrumpir o reducir las curvas de cabecera en la primera pantalla, entendemos que en la oferta se deberán de contemplar al menos dos pantallas, ¿es correcto?	acepta ofertar dos pantallas central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (Incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (Incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
760	5786	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	50	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.1	Con el fin de evitar gastos futuros a la convocante, y pensando posibles expansiones en las unidades, la convocante requiere que la central tenga capacidad a futuro de soportar 28 monitores o más ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5786, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 8 monitores de signos vitales como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo
761	4964	BIOABAST, S.A. DE C.V.	58	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.1	PREGUNTA: Entendemos que la central deberá de contar con la capacidad de crecer su visualización en hasta 48 monitores de signos vitales, ¿es correcto?	Id DEM: 4964, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 8 monitores de signos vitales como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
762	5374	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	66	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.13.1	Sugerimos a la convocante con el fin de tener un mejor uso de esta herramienta, los monitores cuenten con función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico, ¿Se acepta?	Id DEM: 5374, Respuesta: Se acepta ofertar Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central y que cuenten con función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico como opción para el punto 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
763	5794	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	58	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.13.1	Entendemos que la convocante requiere que a través de la conexión a la central podamos visualizar los datos de cada uno de los monitores (información del paciente y signos vitales) sin necesidad de ir revisar cada uno de estos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5794, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.13 Comunicación entre central de monitoreo y monitor de cabecera y entre monitores de cabecera., 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
764	5375	GE SISTEMAS MEDICOS DE	67	6	Central de monitoreo para	2.2.14, 2.3.15	Debemos entender que se deberá incluir dentro de la propuesta técnica y económica el software y hardware necesario para de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.14	Id DEM: 5375, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		MEXICO, S.A. DE C.V.			múltiples camas, ocho camas de trauma.		Implementar esta interfaz en las unidades médicas que así lo requieran, ¿Es correcto?	Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
765	5792	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	56	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.14, 2.3.15	De acuerdo a lo solicitado entendemos que podremos referenciar este punto mediante el sistema de conexión propio de cada fabricante al sistema del hospital (software y/o hardware) ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5792, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.14 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
766	5801	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	65	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.16	Durante periodos largos de interrupción de energía y en caso de falla del suministro secundario, 15 minutos no son suficientes, más cuando se trata de pacientes críticos, por lo que debemos de entender que la UPS de la central deberá de tener capacidad de funcionar al menos por 2 horas ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5801, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar UPS de la central deberá de tener capacidad de funcionar al menos por 2 horas (Incluir Marca y Modelo), como opción para el punto 2.2.16 Unidad de energía ininterrumpible UPS de al menos 15 minutos para la central, (Incluir Marca y Modelo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
767	5372	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	64	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.2	Debemos entender en este punto que se deberán desplegar al menos dos curvas por paciente o 31 curvas en total, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, ¿Es correcto?	Id DEM: 5372, Respuesta: Se acepta ofertar despliegue de al menos dos curvas por paciente o 31 curvas en total, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante como opción para el punto 2.2.2 Despliegue simultáneo de 2 curvas de cada paciente o 31 curvas en total, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
768	5373	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	65	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.5	Ya que no se menciona, sugerimos a la convocante que, con el fin de poder tener un seguimiento más completo con la información necesaria en cuanto a eventos e historial de alarmas durante la evolución del paciente, la central almacene por lo menos 1000 eventos, ¿Se acepta?	Id DEM: 5373, Respuesta: Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 1000 eventos o alarmas, como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
769	5788	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	52	6	Central de monitoreo para	2.2.5	Con el fin de poder visualizar un gran número de eventos durante la estancia del paciente, la convocante requiere que la central acepte ofertar por lo menos Almacenamiento 700 eventos o	Id DEM: 5788, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 700 eventos o

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
770	5177	COMERLAT, S.A. DE C.V.	70	6	Centra de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.7	tenga capacidad de revisión de al menos 700 eventos de alarma ¿Es esto correcto?	alarmas., como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
771	4965	BIOABAST, S.A. DE C.V.	59	6	Centra de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.7	Dice: Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas. Debido a que el registro de las constantes vitales de los pacientes es muy importante para su correcta evaluación y tratamiento, creemos que las tendencias deberán ser de al menos 120 horas. ¿Se acepta?	Id DEM: 5177, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofrecer Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 120 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
772	4043	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	56	6	Centra de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.7, 2.3.11	PREGUNTA: 24 horas de tendencias en áreas de cuidados críticos es un periodo muy limitado, que termina por aceptar ofrecer Capacidad de visualizar las tendencias gráficas proporcionar información no concluyente de la evolución de un paciente, por lo cual entendemos que se deberán ofertar al menos 72 horas de tendencias gráficas y numéricas, ya que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante de calidad y permite al usuario un mejor panorama clínico. ¿es correcto?	Id DEM: 4965, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofrecer Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
773	5793	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	57	6	Centra de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.8	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACION CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4043, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto
774	5787	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	51	6	Centra de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2.9	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento número del parámetro, deberemos de poder revisar la curva monitorizada del paciente por al menos 72 horas previas al momento de la visualización ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5793, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas., establecido en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo.
							La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las arritmias, por lo que solicitamos de la manera más atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre cuando se cumple con las 10 arritmias ¿Se acepta?	Id DEM: 5787, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles., 2.2.9 Detección de al menos 10 arritmias., establecido en la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Conse cunho	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecu tivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
775	5376	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	68	6	Trauma. Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3	Al referirse a monitor modular, debemos entender que los equipos deberán contar con módulos insertables dentro del monitor de signos vitales, ¿Es correcto?	presente cédula de descripción del artículo. Id DEM: 5376, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
776	4966	BIOABAST, S.A. DE C.V.	60	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que la tecnología de módulos a ofertar deberá de ser a través de módulos insertables al cuerpo del equipo y/o racks sin tener módulos externos que son fáciles de extravíar y dañar ¿es correcto?	Id DEM: 4966, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
777	4967	BIOABAST, S.A. DE C.V.	61	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que el equipo deberá de contar con pantalla táctil LCD TFT de al menos 15 pulgadas para facilitar al usuario la interacción con las interfaces, ¿es correcto?	Id DEM: 4967, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor modular táctil a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, como opción para el punto 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
778	4044	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	57	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES ATENDER A LA AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA LOS PARAMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRIA, MEDICA referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDIACO), TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4044, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a Precisión Técnico de la descripción del artículo. Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 6
779	5790	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	54	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.10	Debemos entender que además de detectar al menos 10 arritmias, el monitor deberá tener la capacidad de aprender y reconocer el ritmo del paciente para diferenciarlo de las arritmias ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5790, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.10 Detección de por lo menos diez arritmias establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
780	4045	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	58	6	Central de monitoreo para	2.3.10	EN MÉXICO LAS ENFERMEDADES CARDIACAS VAN EN AUMENTO, POR LO QUE EXISTE LA NECESIDAD CLÍNICA DE	Id DEM: 4045, Respuesta: Se acepta ofertar COMO MÍNIMO Detección de 19 ARRITMIAS., como opción para el punto

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
781	5079	BIOABAST, S.A. DE C.V.	63	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.11	REALIZAR UN MONITOREO COMPLETO DE ARRITMIAS, POR TANTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO 19 ARRITMIAS, LO CUAL REDUNDARÁ EN UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE EN ÁREAS CRÍTICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5079, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas como mínimo, como opción para el punto 2.3.11 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros seleccionables por el usuario., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
782	5080	BIOABAST, S.A. DE C.V.	64	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.14	Entendemos que el equipo deberá de contar también con Perfil de cálculos renales, ¿es correcto?	Id DEM: 5080, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos y Perfil de cálculos renales, como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
783	4046	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	59	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.14	CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS; LOS CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4046, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
784	6317	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	53	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.15	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS DEMOSTRARLO EN FOLLEROS Y/O MANUALES QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (HIS) MEDIANTE PROTOCOLO HL7 PERO ESTE NO FORMARA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6317, Respuesta: No es correcta su apreciación. favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
785	5081	BIOABAST, S.A. DE C.V.	65	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.15	Siendo que en la actualidad la tendencia es que la información clínica se maneje de manera digital (PACS, laboratorio, ficha favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria utilizarán alrededor de 10 años y para no truncar la posibilidad de crecimiento futuro del sistema de informatización del hospital, es necesario que los monitores tengan la CAPACIDAD FUTURA de desplegar en sus pantallas (sin utilizar pantallas adicionales para no sacrificar el espacio dentro de la UC) información proveniente del sistema de PACS, laboratorio digital, ficha clínica electrónica y otros sistemas digitales existentes en el hospital, ¿es correcto?	Id DEM: 5081, Respuesta: No es correcta su apreciación, clínica favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
786	5082	BIOABAST, S.A. DE C.V.	66	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.17, 2.3.17.1, 2.3.17.2, 2.3.17.3	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por normatividad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes, ¿se acepta?	Id DEM: 5082, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 Con batería interna recargable., 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., 2.3.17.2 Con cargador interconstruido., 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
787	4047	GRUPO ORINLA, S.A DE C. V.	60	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.17, 2.3.17.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MINIMO UNA DURACION DE BATERIA DE AL MENOS 3 HORAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR AL PACIENTE MONITORIZACIÓN CONTINUA EN CASO DE FALLO DE ENERGIA ELÉCTRICA O BIEN EN CASO DE TRASLADO O ESTUDIO	Id DEM: 4047, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable con DURACIÓN DE AL MENOS 3 HORAS., como opción para los puntos 2.3.17 Con batería interna recargable: EN y en el numeral 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
788	5800	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	64	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23	Entendemos que la convocante requiere que la cantidad total de módulos a ofertar por central sea la solicitada en los puntos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5800, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
789	5380	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	72	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.19.3	Debemos entender que deberá contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario para mejorar la calidad de la señal. ¿Es correcto?	Id DEM: 5380, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracranial, presión generica definida por el usuario y contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario como opción para el punto 2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracranial, presión generica definida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
790	5795	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	59	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.19.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas minimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	Id DEM: 5795, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
791	5377	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	69	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.2	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permita ofertar conexión a red a través de tecnología alámbrica o inalámbrica, de acuerdo a cada fabricante considerando que no todos los hospitales cuentan con la infraestructura para poder implementar una solución inalámbrica que podría representar errores y pérdidas de información entre la central y los monitores que la integran, ¿Se acepta?	Id DEM: 5377, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Con conexiones a red para comunicación por vía: Inalámbrica., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
792	5381	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	73	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.20	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de gasto cardiaco para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5381, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 Un módulo para Gasto cardiaco. (indicar marca y modelo y/o número de parte).
793	4048	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	61	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.20	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES DE AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA GASTO CARDIACO, TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE	Id DEM: 4048, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 de la partida 6.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-IE8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
794	5796	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	60	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.20.3	DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA? Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder referenciar este punto como presión capilar pulmonar, ¿Se acepta?	Id DEM: 5796, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar Función para medición y despliegue de presión de enclavamiento capilar pulmonar, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
795	5797	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	61	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.20.5	Entendemos que este punto hace referencia al cálculo del gasto cardiaco y la capacidad de reproducibilidad del valor mediante la promediación del mismo, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5797, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.20.5 Al menos cinco curvas de promedio o continuo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
796	5382	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	74	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.21	Debemos entender para este punto que se deba ofertar dos módulos de capnografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5382, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.21 Dos módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte);
797	4049	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	62	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.21	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFIA, TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4049, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.21 de la partida 6.
798	6441	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	18	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.21.2	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFIA, BASTA CON OFERTAR SOLO UNA DE LAS TECNOLOGIAS (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM) ANTES CITADAS, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6441, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar al menos una de las tecnologías solicitadas en el numeral 2.3.21.2 Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
799	5383	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE	75	6	Central de monitoreo para múltiples	2.3.22	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de electroencefalografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5383, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.22 Dos módulos para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte);

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			camas, ocho camas de trauma.			
800	6444	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	21	6	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.22, 2.3.23	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR EL NÚMERO TOTAL DE MÓDULOS REQUERIDOS POR CENTRAL DE MONITOREO PARA LOS PUNTOS DE REFERENCIA, O EN SU CASO EL NÚMERO DE MÓDULOS REQUERIDOS POR CADA MONITOR DE SIGNOS VITALES?	Id DEM: 6444, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente a los numerales 2.3.22 Dos módulos para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte); y 2.3.23 Dos módulos para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte):
801	5384	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	76	6	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.23	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de índice biespectral para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5384, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.23 Dos módulos para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte):
802	5798	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	62	6	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.23	El Índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Id DEM: 5798, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
803	5178	COMERLAT, S.A. DE C.V.	71	6	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.6.1	Dice: Al menos ocho curvas simultáneas. Los monitores de última tecnología permiten mostrar un mayor número de curvas para poder visualizar la mayor cantidad de constantes vitales de los pacientes sin necesidad de cambiar de pantalla, por lo que creemos que el número mínimo de curvas simultáneas será de 15. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5178, Respuesta: No es correcta su interpretación. Se acepta ofertar Desplegue simultáneo de 15 curvas fisiológicas en pantalla, como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
804	5789	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	53	6	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.6.1	Entendemos para este punto que el monitor deberá de ser capaz de desplegar de manera simultánea hasta 8 parámetros con valor numérico y curvas ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5789, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.3.6.1 Al menos ocho curvas fisiológicas en pantalla, 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, 2.3.7 Desplegue numérico de: 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca, 2.3.7.2 Frecuencia respiratoria, 2.3.7.3 Saturación de oxígeno, 2.3.7.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., establecido en la presente cédula de descripción del artículo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-IE8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
805	6443	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	20	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 6443, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS, como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
806	4050	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	63	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 4050, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
807	4968	BIOABAST, S.A. DE C.V.	62	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.6.4	PREGUNTA: Entendemos que debido a que se tratan de monitores de gama avanzada deberán de monitorizar y desplegar el segmento ST en todas las derivaciones simultáneas, ¿es correcto?	Id DEM: 4968, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.4 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
808	5378	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	70	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.7.1	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2 y presión arterial, evitando perder el valor de la frecuencia cardíaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿Se acepta?	Id DEM: 5378, Respuesta: Se acepta ofertar algoritmo para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2 y presión arterial, como opción para el punto 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
809	5791	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	55	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.7.3	Debido a que la hemoglobina es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, y el tener la misma sobre los niveles normales o bajo los niveles normales puede ser indicativo de alguna condición de salud, entendemos que la convocante requiere el sensor de dedo y desplegarla en la pantalla del monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5791, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.7.3 Saturación de oxígeno, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
810	5379	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	71	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.7.5	Sugerimos a la convocante que el equipo cuente con etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos las siguientes: T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miocardio, superficial, temperaturas y etiquetas de identificación de los canales de central, lo cual permitirá una mejor interpretación de los datos temperatura para al menos T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, despegados en pantalla con información útil para el personal nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental.	Id DEM: 5379, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar que el equipo cuente con Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperatura y etiquetas de identificación de los canales de central, lo cual permitirá una mejor interpretación de los datos temperatura para al menos T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, despegados en pantalla con información útil para el personal nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							usuario, ¿Se acepta?	miocardiografía, superficial, central como opción para el punto 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
811	5179	COMERLAT, S.A. DE C.V.	72	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.3.9	Dice: Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Para poder registrar cualquier cambio súbito en la condición de los pacientes sugerimos que los monitores a ofertar cuenten con algún método que permita reconocerlos cambios súbitos en la condición del paciente y se active la medición de la PANI. ¿Se acepta?	Id DEM: 5179, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.9 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
812	5385	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	77	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	3.5, 4.2, 4.2.1	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1, ¿Es correcto?	Id DEM: 5385, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor y un transductor reusable por canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte), 4.2 Para presiones invasivas, 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
813	6442	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	19	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3	SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE DEBERÁN INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA SEGUN LA TÉCNICA A OFERTARSE (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM). ¿ES CORRECTO? DE SER ASÍ, ¿SE PUEDE COLOCAR LA LEYENDA "NO PLICA" EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE A LOS ACCESORIOS DE LAS TÉCNICAS QUE NO SERÁN OFERTADOS SEGUN SEA EL CASO?	Id DEM: 6442, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de Capnografía. Podrá colocar la leyenda "no aplica" en los accesorios de las técnicas no ofertadas para la medición de la capnografía. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
814	5799	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	63	6	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3	Entendemos que solo deberemos de ofertar los accesorios para el tipo de tecnología incluida con el monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5799, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de Capnografía
815	5386	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	78	6	Central de monitoreo para múltiples	4.1	Solicitamos a la convocante nos aclare si en este punto se deberán ofertar electrodos adultos/pediatría o neonatal de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades médicas, ¿Es acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades.	Id DEM: 5386, Respuesta: Es correcta su apreciación de deberán ofertar electrodos adultos/pediatría o neonatal de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades.

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO

Página 74 de 368

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
822	5180	COMERLAT, S.A. DE C.V.	73	7	monitoreo para múltiples camas, ocho camas de trauma.	2.2	requeridos en esta partida, no será necesario que cuenten con módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca. ¿Es correcto?	requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
823	5083	BIOABAST, S.A. DE C.V.	67	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2	Dice: Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor (incluir marca, modelo y número de parte). Para que los parámetros de todos los pacientes sean visualizados correctamente superimponer que las central de monitoreo a ofertar en esta partida deberán tener un monitor de al menos 24 pulgadas, siendo esta una característica presente en todas las marcas de calidad en el mercado. ¿Se acepta?	Id DEM: 5180, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 24", (incluir marca y modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
824	5084	BIOABAST, S.A. DE C.V.	68	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2	PREGUNTA: Entendemos que esta pantalla deberá ser de alta definición y así como proporcionar interface a través de pantalla táctil. ¿es correcto?	Id DEM: 5083, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla táctil de alta definición de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
825	5085	BIOABAST, S.A. DE C.V.	69	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2	Para una óptima visualización de los monitores de cabecera y tomando en cuenta la cantidad de parámetros solicitados, entendemos que la pantalla(s) de la central, deberá(n) ser de al menos 22". ¿Es correcto?	Id DEM: 5084, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de al menos 22", (incluir marca y modelo y número de parte) como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							Debido a que todos los fabricantes de equipo médico cuentan de forma preestablecida con una segunda pantalla que le permite al usuario poder visualizar información detallada del paciente sin tener que interrumpir o reducir las curvas de cabecera en la primera pantalla, entendemos que en la oferta se deberán contemplar al menos dos pantallas, ¿es correcto?	Id DEM: 5085, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar dos pantallas central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), como opción para el punto 2.2 Monitor central a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 17" o mayor, (incluir marca y modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
826	5802	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	66	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.1	Con el fin de evitar gastos futuros a la convocante, y pensando posibles expansiones en las unidades, la convocante requiere que la central tenga capacidad a futuro de soportar 28 monitores o más ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5802, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 8 monitores de signos vitales como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo
827	5086	BIOABAST, S.A. DE C.V.	70	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.1	PREGUNTA: Entendemos que la central deberá de contar con la capacidad de crecer su visualización en hasta 48 monitores de signos vitales, ¿es correcto?	Id DEM: 5086, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con capacidad para conectar 8 monitores de signos vitales como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
828	5389	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	81	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.13.1	Sugerimos a la convocante con el fin de tener un mejor uso de esta herramienta, los monitores cuenten con función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico como opción para el punto 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	Id DEM: 5389, Respuesta: Se acepta ofertar Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central y que cuenten con función que permita gestionar las alarmas que se quieren recibir en cada monitor, ya sea por prioridad o de un paciente en específico como opción para el punto 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
829	5810	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	74	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.13.1	Entendemos que la convocante requiere que a través de la conexión a la central podamos visualizar los datos de cada uno de los monitores (información del paciente y signos vitales) sin necesidad de ir revisar cada uno de estos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5810, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.13 Comunicación entre central de monitoreo y monitor de cabecera y entre monitores de cabecera., 2.2.13.1 Capacidad de visualización de los parámetros y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la central., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
830	5390	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	82	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.14, 2.3.15	Debemos entender que se deberá incluir dentro de la propuesta técnica y económica el software y hardware necesario para implementar esta interface en las unidades médicas que así lo requieran, ¿Es correcto?	Id DEM: 5390, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.14 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
831	5808	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	72	7	Central de monitoreo para	2.2.14, 2.3.15	De acuerdo a lo solicitado entendemos que podremos referenciar este punto mediante el sistema de conexión propio de cada	Id DEM: 5808, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
832	5817	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	81	7	Centra de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.16	fabricante al sistema del hospital (software y/o hardware) ¿Es esto correcto?	2.2.14 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Id DEM: 5817, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar UPS de la central deberá de tener capacidad de funcionar al menos por 2 horas (Incluir Marca y Modelo), como opción para el punto 2.2.16 Unidad de energía ininterrumpible UPS de al menos 15 minutos para la central, (Incluir Marca y Modelo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
833	5387	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	79	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.2	Debemos entender en este punto que se deberán desplegar al menos dos curvas por paciente o 31 curvas en total, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, ¿Es correcto?	Id DEM: 5387, Respuesta: Se acepta ofertar despliegue de al menos dos curvas por paciente o 31 curvas en total, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante como opción para el punto 2.2.2 Despliegue simultáneo de 2 curvas de cada paciente o 31 curvas en total, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
834	5388	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	80	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.5	Ya que no se menciona, sugerimos a la convocante que, con el fin de poder tener un seguimiento más completo con la información necesaria en cuanto a eventos e historial de alarmas durante la evolución del paciente, la central almacene por lo menos 1000 eventos, ¿Se acepta?	Id DEM: 5388, Respuesta: Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 1000 eventos o alarmas., como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
835	5804	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	68	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.5	Con el fin de poder visualizar un gran número de eventos durante la estancia del paciente, la convocante requiere que la central tenga capacidad de revisión de al menos 700 eventos de alarma ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5804, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar por lo menos Almacenamiento 700 eventos o alarmas., como opción para el punto 2.2.5 Almacenamiento de eventos o alarmas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
836	5181	COMERLAT, S.A. DE C.V.	74	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.7	Dice: Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas. Debido a que el registro de las constantes vitales de los pacientes es muy importante para su correcta evaluación y tratamiento, creemos que las tendencias deberán ser de al menos 120 horas. ¿Se acepta?	Id DEM: 5181, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 120 horas, como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
837	5087	BIOABAST, S.A.	71	7	Central de	2.2.7	PREGUNTA: 24 horas de tendencias en áreas de cuidados	Id DEM: 5087, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DE C.V.			monitoreo para múltiples camas, ocho camas.		críticos es un período de tiempo muy limitado, que termina por proporcionar información no concluyente de la evolución de un paciente, por lo cual entendemos que se deberán ofertar al menos para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias 72 horas de tendencias gráficas y numéricas, ya que es un tiempo ofrecido por cualquier fabricante de calidad y permite al usuario un mejor panorama clínico, ¿es correcto?	acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas, como opción al punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
838	4051	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	64	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.7, 2.3.11	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4051, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
839	5809	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	73	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.8	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento número del parámetro, deberemos de poder revisar la curva monitorizada del paciente por al menos 72 horas previas al momento de la visualización ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5809, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas., establecido en la presente convocatoria./ cédula de descripción del artículo.
840	5803	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	67	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.2.9	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las arritmias, por lo que solicitamos de la manera más atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 arritmias ¿Se acepta?	Id DEM: 5803, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles., 2.2.9 Detección de al menos 10 arritmias., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
841	5391	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	83	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3	Al referirse a monitor modular, debemos entender que los equipos deberán contar con módulos insertables dentro del monitor de signos vitales, ¿Es correcto?	Id DEM: 5391, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
842	5088	BIOABAST, S.A. DE C.V.	72	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que la tecnología de módulos a ofertar deberá de ser a través de módulos insertables al cuerpo del equipo y/o racks sin tener módulos externos que son fáciles de extravíar y dañar ¿es correcto?	Id DEM: 5088, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
843	5089	BIOABAST, S.A. DE C.V.	73	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que el equipo deberá de contar con pantalla táctil LCD TFT de al menos 15 pulgadas para facilitar al usuario la interacción con las interfaces, ¿es correcto?	central de monitoreo referida. Id DEM: 5089, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor modular táctil a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, como opción para el punto 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
844	4052	GRUPO ORINILA, S. A DE C. V.	65	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO QUE INCLUYA LOS PARÁMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRÍA, TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDÍACO), TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4052, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 7.
845	5806	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	70	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.10	Debemos entender que además de detectar al menos 10 arritmias, el monitor deberá tener la capacidad de aprender y reconocer el ritmo del paciente para diferenciarlo de las arritmias ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5806, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.10 Detección de por lo menos diez arritmias establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
846	4053	GRUPO ORINILA, S. A DE C. V.	66	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.10	EN MÉXICO LAS ENFERMEDADES CARDÍACAS VAN EN AUMENTO, POR LO QUE EXISTE LA NECESIDAD CLÍNICA DE REALIZAR UN MONITOREO COMPLETO DE ARRITMIAS, POR TANTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO 19 ARRITMIAS, LO CUAL REDUNDARÁ EN UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE EN ÁREAS CRÍTICAS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4053, Respuesta: Se acepta ofertar COMO MÍNIMO Detección de 19 ARRITMIAS, como opción para el punto 2.3.10 Detección de por lo menos diez arritmias, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
847	5091	BIOABAST, S.A. DE C.V.	75	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.11	PREGUNTA: Pensando en que el equipo podría llegar a necesitarse en un paciente con estancia hospitalaria de más de un día entendemos que para poder tener un panorama clínico de la evolución del paciente las tendencias gráficas y numéricas deberán de ser de al menos 72 horas, que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante con productos de calidad, ¿es correcto?	Id DEM: 5091, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tendencias gráficas y numéricas de un paciente a los menos 72 horas como mínimo, como opción para el punto 2.3.11 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
848	5092	BIOABAST, S.A. DE C.V.	76	7	Central de monitoreo para	2.3.14	Entendemos que el equipo deberá de contar también con Perfil de cálculos renales, ¿es correcto?	Id DEM: 5092, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos y

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
849	4054	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	67	7	múltiples camas, ocho camas. Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.14	CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CALCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CALCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS; LOS CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	Perfil de cálculos renales, como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 4054, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
850	6319	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	55	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.15	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS DEMOSTRARLO EN FOLLEROS Y/O MANUALES QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (HIS) MEDIANTE PROTOCOLO HL7 PERO ESTE NO FORMARA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6319, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
851	5093	BIOABAST, S.A. DE C.V.	77	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.15	Siendo que en la actualidad la tendencia es que la información clínica se maneje de manera digital (PACS, laboratorio, ficha clínica electrónica), pensando que los monitores a adquirir se utilizarán alrededor de 10 años y para no tuncar la posibilidad de crecimiento futuro del sistema de informatización del hospital, es necesario que los monitores tengan la CAPACIDAD FUTURA de desplegar en sus pantallas (sin utilizar pantallas adicionales para no sacrificar el espacio dentro de la UCI) información proveniente del sistema de PACS, laboratorio digital, ficha clínica electrónica y otros sistemas digitales existentes en el hospital, ¿es correcto?	Id DEM: 5093, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.15 Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
852	5094	BIOABAST, S.A. DE C.V.	78	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.17, 2.3.17.1, 2.3.17.2, 2.3.17.3	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 normatividad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura menos una hora., 2.3.17.2 Con cargador interconstruido., y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla, establecido en la	Id DEM: 5094, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 Con batería interna recargable., 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., 2.3.17.2 Con cargador interconstruido., y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla, establecido en la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
853	4055	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	68	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.17.1	especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta en que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes. ¿se acepta?	presente cédula de descripción del artículo.
854	5396	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	88	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.19	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MINIMO UNA DURACION DE BATERIA DE AL MENOS 3 HORAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR AL PACIENTE MONITORIZACIÓN CONTINUA EN CASO DE FALLO DE ENERGIA ELECTRICA O BIEN EN CASO DE TRASLADO O ESTUDIO.	Id DEM: 4055, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable con DURACIÓN DE AL MENOS 3 HORAS, como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
855	6320	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	56	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.19	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de presiones invasivas para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5396, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva. (indicar marca y modelo y/o número de parte).
856	5816	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	80	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23	DEBEMOS ENTENDER QUE POR TODA LA CENTRAL SE ENTREGARÁN SOLAMENTE DOS MÓDULOS DE PRESIÓN INVASIVA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6320, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
857	4056	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	69	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.19	Entendemos que la convocante requiere que la cantidad total de módulos a ofertar por central sea la solicitada en los puntos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5816, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23.
							CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES DE atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSION DE UN SOLO	Id DEM: 4056, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19 de la partida 7.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

Nó. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
858	5395	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	87	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.19.3	MODULO MULTIPARAMETRICO CON CAPACIDAD DE HASTA CUATRO PRESIONES INVASIVAS, ¿SE ACEPTA? Debemos entender que deberá contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario para mejorar la calidad de la señal. ¿Es correcto?	Id DEM: 5395, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracranial, presión genérica definida por el usuario y contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario como opción para el punto 2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracranial, presión genérica definida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
859	5811	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	75	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.19.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas mínimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	Id DEM: 5811, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
860	5392	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	84	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.2	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permita ofertar conexión a red a través de tecnología inalámbrica o inalámbrica, de acuerdo a cada fabricante considerando que no todos los hospitales cuentan con la infraestructura para poder implementar una solución inalámbrica que podría representar errores y pérdidas de información entre la central y los monitores que la integran, ¿Se acepta?	Id DEM: 5392, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Con conexiones a red para comunicación por vía: Inalámbrica, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
861	5397	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	89	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.20	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de gasto cardiaco para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5397, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 Dos módulos para Gasto cardiaco, (indicar marca y modelo y/o número de parte).
862	4057	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	70	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.20	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES DE atender a Precisión Técnica referente al numeral AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA GASTO CARDIACO, TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA	Id DEM: 4057, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica referente al numeral 2.3.20 de la partida 7.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	
863	5812	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	76	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.20.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder referenciar este punto como presión capilar pulmonar, ¿se acepta?	Id DEM: 5812, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar Función para medición y despliegue de presión de enclavamiento capilar pulmonar, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
864	5813	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	77	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.20.5	Entendemos que este punto hace referencia al cálculo del gasto cardíaco y la capacidad de reproducibilidad del valor mediante la promediación del mismo. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5813, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.20.5 Al menos cinco curvas de promedio o continuo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
865	5398	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	90	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.21	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar dos módulos de capnografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5398, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 Dos módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada: (indicar marca y modelo y/o número de parte):
866	4058	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	71	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.21, 2.3.21.1	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFÍA, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4058, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 de la partida 7.
867	6445	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	22	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.21.2	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA, BASTARÁ CON OFERTAR SOLO UNA DE LAS TECNOLOGÍAS (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM) ANTES CITADAS. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6445, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar al menos una de las tecnologías solicitadas en el numeral 2.3.21.2 Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
868	5399	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	91	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.22	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de electroencefalografía para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5399, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte):
869	5400	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	92	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.23	Debemos entender para este punto que se deberá ofertar un módulo de índice biespectral para el total de los monitores de signos vitales que integran la central de monitoreo, ¿Es correcto?	Id DEM: 5400, Respuesta: Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral, (indicar marca y modelo y/o número de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			camas, ocho camas.			parte).
870	5814	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	78	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.23	El Índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Id DEM: 5814, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
871	5182	COMERLAT, S.A. DE C.V.	75	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.6.1	Dice: Al menos ocho curvas simultáneas. Los monitores de última tecnología permiten mostrar un mayor número de curvas para poder visualizar la mayor cantidad de constantes vitales de los pacientes sin necesidad de cambiar de pantalla, por lo cual creemos que el número mínimo de curvas simultáneas será de 15. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5182, Respuesta: No es correcta su interpretación. Se acepta ofertar Despliegue simultáneo de 15 curvas fisiológicas en pantalla, como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
872	5805	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	69	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.6.1	Entendemos para este punto que el monitor deberá de ser capaz de desplegar de manera simultánea hasta 8 parámetros con valor numérico y curvas ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5805, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.3.6 Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla., 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, 2.3.7 Despliegue numérico de., 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca., 2.3.7.2 Frecuencia respiratoria., 2.3.7.3 Saturación de oxígeno, 2.3.7.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., establecido en la presente cédula de descripción del artículo
873	6447	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	24	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 6447, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS., como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
874	4059	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	72	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.6.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 4059, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS como opción para el punto 2.3.6.1 Al menos ocho curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
875	5090	BIOABAST, S.A. DE C.V.	74	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.6.4	PREGUNTA: Entendemos que debido a que se tratan de monitores de gama avanzada deberán de monitorizar y desplegar el segmento ST en todas las derivaciones simultáneas, ¿es correcto?	Id DEM: 5090, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.4 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
876	5393	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	85	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.7.1	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2 y presión arterial, evitando perder el valor de la frecuencia cardíaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿Se acepta?	simultáneos) establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Id DEM: 5393, Respuesta: Se acepta ofertar algoritmo para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2 y presión arterial, como opción para el punto 2.3.7.1 Frecuencia cardíaca, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
877	5807	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	71	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.7.3	Debido a que la hemoglobina es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, y el tener la misma sobre los niveles normales o bajo los niveles normales puede ser indicativo de alguna condición de salud, entendemos que la convocante requiere que se tenga capacidad a futuro de poder medir la misma mediante el sensor de dedo y desplegarla en la pantalla del monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5807, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.7.3 Saturación de oxígeno., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
878	5394	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	86	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.7.5	Sugerimos a la convocante que el equipo cuente con etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos las siguientes: T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miocardio, superficial, central, lo cual permitirá una mejor interpretación de los datos desplegados en pantalla con información útil para el personal usuario, ¿Se acepta?	Id DEM: 5394, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar que el equipo cuente con Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas y etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miocardio, superficial, central como opción para el punto 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
879	5183	COMERLAT, S.A. DE C.V.	76	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.9	Dice: Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Para poder registrar cualquier cambio súbito en la condición de los pacientes sugerimos que los monitores a ofertar cuenten con algún método que permita reconocerlos cambios súbitos en la condición del paciente y se active la medición de la PAM. ¿Se acepta?	Id DEM: 5183, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.9 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
880	6448	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	25	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	3.3	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR LA CANTIDAD DE BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES POR MEDIDA QUE REQUIERE POR MONITOR DE SIGNOS VITALES?	Id DEM: 6448, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere dos brazaletes desechables en dos diferentes medidas con manguera y conector, por monitor de cabecera solicitado. (Indicar marca y modelo y/o número de parte).
881	5401	GE SISTEMAS	93	7	Central de	3.5, 4.2, 4.2.1	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para	Id DEM: 5401, Respuesta: No es correcta su interpretación.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			monitoreo para múltiples camas, ocho camas.		medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1. ¿Es correcto?	Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor y un transductor reusable por canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte), 4.2 Para presiones invasivas, 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
882	6446	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	23	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3	SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE DEBERÁN INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA SEGÚN LA TÉCNICA A OFERTARSE (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM). ¿ES CORRECTO? DE SER ASÍ, ¿SE PUEDE COLOCAR LA LEYENDA "NO PLICA" EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE A LOS ACCESORIOS DE LAS TÉCNICAS QUE NO SERÁN OFERTADOS SEGÚN SEA EL CASO?	Id DEM: 6446, Respuesta: Es correcta su apreciación. Deberá ofertar los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de Capnografía. Podrá colocar la leyenda "no aplica" en los accesorios de las técnicas no ofertadas para la medición de la capnografía. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciados de esta manera.
883	5815	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	79	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3	Entendemos que solo deberemos de ofertar los accesorios para el tipo de tecnología incluida con el monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5815, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de Capnografía
884	5402	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	94	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	4.1	Solicitamos a la convocante nos aclare si en este punto se deberán ofertar electrodos adultos/pediatríco o neonatal de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades médicas, ¿Es correcto?	Id DEM: 5402, Respuesta: Es correcta su apreciación deberán ofertar electrodos adultos/pediatríco o neonatal de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades médicas.
885	6321	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	57	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	4.3.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN JUEGO DE ELECTRODOS ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 4.3.1 AL MENOS 5 JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.	Id DEM: 6321, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.3.1 Al menos 5 juegos de electrodos desechables, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
886	5505	HIGIA MEDIAL LAB. S. DE R.L. DE C.V.	8	7	Central de monitoreo para múltiples	2.3.22	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, con el fin de reducir costos a la misma y en el caso de que la central no vaya a atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.22 Un ser destinada a áreas como neurología, que este módulo sea modelo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de	Id DEM: 5505, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.22 Un ser destinada a áreas como neurología, que este módulo sea modelo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					camas, ocho camas.		opcional, ¿se acepta?	parte) establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
887	5965	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	34	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.1	Entendemos que todos los indicadores en pantalla deben poder ser visualizados de forma clara a distancia y desde diferentes ángulos, por lo que se le solicita a la convocante que la pantalla tenga una resolución de al menos 1280 x 700 pixeles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5965, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
888	5966	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	35	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.6.3	Se propone a la convocante que la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones de ECG sea a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y reducir costos de consumibles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5966, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.3 Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
889	5967	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	36	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	2.3.8	Es correcto entender que los monitores de las centrales deberán contar con capacidad a futuro de medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua; con la finalidad de reducir costos en los paquetes globulares (sangre), ya que se puede determinar de forma oportuna y efectiva si el paciente requiere o no hemoglobina o sangre, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5967, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a utilizar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
890	6459	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	73	7	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	Sin numeral	DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare, para los monitores requeridos en esta partida, no será necesario que cuenten con módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca, ¿Es correcto?	Id DEM: 6459, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.
891	6130	VIASIS, S.A. DE C.V.	10	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.13	Entendemos que, para accionar el ajuste de altura de funcionamiento eléctrico solicitado, el equipo deberá contar con pedales localizados en ambos lados del equipo, ¿es correcto?	Id DEM: 6130, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.13 Con ajuste de altura de funcionamiento eléctrico, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
892	6131	VIASIS, S.A. DE C.V.	11	8	Cuna de calor radiante con fototerapia	2.13	Para que el equipo se pueda ajustar al personal médico y adapte de manera ergonómica, entendemos que el desplazamiento vertical para ajustar la altura será de hasta 40	Id DEM: 6131, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					opcional (con fototerapia)		oms, ¿es correcto?	numeral 2.13 Con ajuste de altura de funcionamiento eléctrico, por lo que la especificación planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
893	6132	VIASIS, S.A. DE C.V.	12	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.14	Para garantizar que el equipo se mantenga fijo y que elimine la posibilidad de cualquier movimiento inadecuado del equipo durante los procedimientos ya sea quirúrgicos, colocación de soluciones, medicamentos vía intravenosa, inserción de catéteres o desconexión de ventilador mecánico, el equipo ofertado deberá tener un sistema de freno en las cuatro ruedas, ¿se acepta?	Id DEM: 6132, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de freno en las cuatro ruedas, como opción para el numeral 2.14. Rodable, con sistema de freno en al menos dos (2) ruedas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
894	6133	VIASIS, S.A. DE C.V.	13	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.16	Para que el equipo ofertado soporte el uso de una variedad de tamaños de chasis de rayos x, la charola deberá ser compatible con chasis de al menos: 6 1/2" x 8 1/2", 8" x 10", 10" x 12", como opción para el punto 2.16 Charola interconstruida portachasis de Rayos X, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6133, Respuesta: Se acepta ofertar charola compatible con chasis de al menos: 6 1/2" x 8 1/2", 8" x 10", 10" x 12", como opción para el punto 2.16 Charola interconstruida portachasis de Rayos X, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
895	6134	VIASIS, S.A. DE C.V.	14	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.17	Entendemos que el hecho de abatir, retirar o quitar el calor radiante de manera repentina a un recién nacido grave por un procedimiento, altera las condiciones térmicas poniendo en riesgo la estabilidad del paciente, por lo anterior entendemos que para que el equipo permita el acceso del equipo de rayos x, el elemento calefactor deberá contar con un sistema que continúe suministrando calor con dirección al paciente al abatirse, como opción para el punto 2.17 Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6134, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, sin embargo, se acepta ofertar elemento calefactor con un sistema que continúe suministrando calor con dirección al paciente al abatirse, como opción para el punto 2.17 Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
896	6135	VIASIS, S.A. DE C.V.	15	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.17	Entendemos que el elemento calefactor se deberá abatir o girar al menos ±120 grados, esto para garantizar un libre acceso del equipo de rayos x y garantizar una correcta colocación y proyección adecuada, ¿es correcto?	Id DEM: 6135, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.17 Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X, la especificación planteado por la empresa no es requerida para el Instituto favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 establecido en la presente convocatoria.
897	6136	VIASIS, S.A. DE C.V.	16	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.18	Para garantizar una adecuada intensidad luminosa y visualizar adecuadamente la tonalidad de la piel del recién nacido, entendemos que la lámpara de examen será interconstruida al equipo, de tecnología led, e intensidad luminosa ajustable de 0 a 1,200 lux, ¿se acepta?	Id DEM: 6136, Respuesta: Se acepta ofertar lámpara de examen será interconstruida al equipo, de tecnología led, e intensidad luminosa ajustable de 0 a 1,200 lux, como opción para el numeral 2.18 Lámpara o luz de examen, exploración u observación, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
898	6126	VIASIS, S.A. DE C.V.	6	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.3	Para que el recién nacido tenga un control más preciso de la temperatura del módulo radiante, el control manual de la potencia deberá ser de 0 a 100% con incrementos del 5%, ¿es correcto?	Id DEM: 6126, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
899	6127	VIASIS, S.A. DE C.V.	7	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.4	El inicio automático del modo de precalentamiento al encender el sistema puede ser potencialmente riesgoso para el paciente en caso de una falla de energía eléctrica o interrupción de alimentación eléctrica durante su uso, ya que cuando se restablezca la energía eléctrica, el equipo comenzará en modo de precalentamiento con el paciente en el equipo, comenzando invariablemente con una entrega de potencia de calefacción muy alta poniendo en riesgo la salud del neonato. Por lo anterior y por los motivos de seguridad, nuestra tecnología tiene la posibilidad de seleccionar por el operador el modo de precalentamiento, ofreciendo el 100% de la potencia de salida del módulo calefactor durante 15 minutos y al término automáticamente reduce la potencia para mantenerla en 30% y garantizar un adecuado ambiente térmico para el paciente al ingresar al equipo. ¿se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6127, Respuesta: Se acepta, ofertar el modo de precalentamiento, ofreciendo el 100% de la potencia de salida del módulo calefactor durante 15 minutos y al término de alimentación eléctrica durante su uso, ya que cuando se restablezca la energía eléctrica, el equipo comenzará en modo de precalentamiento con el paciente en el equipo, comenzando invariablemente con una entrega de potencia de calefacción muy alta poniendo en riesgo la salud del neonato. Por lo anterior y por los motivos de seguridad, nuestra tecnología tiene la posibilidad de seleccionar por el operador el modo de precalentamiento, ofreciendo el 100% de la potencia de salida del módulo calefactor durante 15 minutos y al término automáticamente reduce la potencia para mantenerla en 30% y garantizar un adecuado ambiente térmico para el paciente al ingresar al equipo. ¿se acepta nuestra propuesta?
900	6128	VIASIS, S.A. DE C.V.	8	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.6	Para una valoración clínica de mayor exactitud empleando el cronómetro Apgar se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar una configuración de 1,35 y 10 minutos ¿se acepta?	Id DEM: 6128, Respuesta: Se acepta ofertar una configuración de 1,35 y 10 minutos como opción para el numeral 2.6 Cronómetro de Apgar con tono de advertencia para realizar la valoración en los minutos 1, 5 y 10, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
901	6129	VIASIS, S.A. DE C.V.	9	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.6	Para una mejor aplicación de los protocolos que aplican, ante una situación de emergencia en el área clínica, se deberá ofertar temporizador RCP para auxiliar al personal médico a realizar procedimientos de Resucitación cardiopulmonar en caso requerido ¿se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6129, Respuesta: No se acepta su propuesta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.6 Cronómetro de Apgar con tono de advertencia para realizar la valoración en los minutos 1, 5 y 10, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
902	6137	VIASIS, S.A. DE C.V.	17	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	3.1	Se refiere a que deberemos ofertar un sistema de fototerapia con las características señaladas con tecnología led de al menos 60,000 hrs. de vida útil, que pueda desplegar horas de funcionamiento, horas de terapia de luz y puesta a cero del contador para nuevo paciente, ¿se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6137, Respuesta: Se acepta ofertar un sistema de fototerapia con las características señaladas con tecnología led de al menos 60,000 hrs. de vida útil, que pueda desplegar horas de funcionamiento, horas de terapia de luz y puesta a cero del contador para nuevo paciente, como opción para el numeral 3.1 Lámpara de fototerapia interconstruida o

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
903	3590	DRÄGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	2	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.20	PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un tomacorriente adicional interconstruido o integrado. ¿Se acepta?	Integrada (no rodable) En el rango de longitud de onda de 400 a 500 nanómetros, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 3590, Respuesta: Se acepta ofertar tomacorriente adicional interconstruido o integrado para el numeral 2.20. Un (1) tomacorriente adicional interconstruido, como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
904	3589	DRÄGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	1	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.7	PREGUNTA: Ya que la hipotermia está definida como una temperatura central menor a 35 °C, donde se produce estrés por frío y que la temperatura óptima para los recién nacidos es aquella en la que el gasto de calorías necesarias para mantener la temperatura normal del cuerpo es más bajo, típicamente entre 36.7 y 37.3 °C solicitamos a la convocante permita ofertar equipos con un control dentro de los rangos previamente mencionados con el fin de que el infante no caiga en estas condiciones. ¿Se acepta?	Id DEM: 3589, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7 establecido en la presente convocatoria.
905	3513	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	24	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	7.1.2	dice: "certificado de calidad iso-13485", PREGUNTA: Para asegurar la calidad del producto, ¿el certificado de calidad deberá estar emitido, para "gestión de diseño y Producción de Cunas Térmicas"? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3513, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.2 Certificado Calidad ISO-13485, para la partida 8 Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia), se solicita que el licitante acredite que el bien a ofertar cuenta con el Certificado de Calidad ISO – 13485, sin que deba ser emitido para "Gestión de Diseño y Producción de Cunas Térmicas", favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 7.1.2 establecido en la presente convocatoria.
906	3514	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	25	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	7.2.1	dice: "certificado de buenas practicas de fabricacion expedido por la cofepris", PREGUNTA: Para asegurar la calidad del, ¿EL "CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION" BASADO EN LA "NOM-241-SSA1-2012" DEBERA incluir en la línea de producción o producto "cuna termica de calor radiante para cuidados del recién nacido"? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3514, Respuesta: No es correcto, favor de atender a lo solicitado en la presente convocatoria en el numeral 2.4 donde se indica en el inciso 3) Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficio de certificación. Fecha de emisión. Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal. Alcance o clasificación. Vigencia y/o fecha de vencimiento. Adicionalmente para el equipo Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
907	5881	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	2	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.13	Se refiere al ajuste continuo motorizado de la inclinación del bacinete, para dar las posiciones de trendelenburg y contratrendelenburg en 12° ¿Es correcto?	fototerapia): 7.2 Para productos de origen nacional incluir 7.2.1 Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. De acuerdo a lo establecido en la relación de documentos que debe presentar el licitante (Anexo 13). Id DEM: 5881, Respuesta: No es correcto, lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción señalada en el numeral 2.13 Con ajuste de altura de funcionamiento eléctrico, en donde se refiere que lo solicitado es para el ajuste de la altura del equipo.
908	3510	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	21	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.18	dice: "LAMPARA O LUZ DE EXAMINACION, EXPLORACION U OBSERVACION", PREGUNTA: ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON DOS LAMPARAS DE LUZ BLANCA DE OBSERVACION A BASE DE LEDS, DIRECCIONABLES, CON DIFERENTE INTENSIDAD, CON ENCENDIDO ELECTRONICO DESDE EL PANEL DE CONTROL? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3510, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.18 Lámpara o luz de examinación, exploración u observación., por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
909	3503	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	14	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.3	DICE: "CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%", PREGUNTA: CON EL FIN DE INCREMENTAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PARA UN MEJOR CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL CALEFACTOR, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%, con incrementos del 5%? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3503, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3 Con control manual de la potencia del calefactor de 0 a 100%, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
910	3504	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	15	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.4	DICE: "CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL SISTEMA", PREGUNTA: CON EL FIN DE INCREMENTAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL SISTEMA, CON UN CALENTAMIENTO AL 100% DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DURANTE 15 MINUTOS Y POSTERIORMENTE AL 50%? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3504, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4 Con modo de precalentamiento que se inicie de forma automática al encender el sistema., por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
911	3505	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	16	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.5	DICE: "MONITOREO DE PARAMETROS:", PREGUNTA: CON EL FIN DE contar con tecnología de punta, INCREMENTANDO LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LOS PARAMETROS ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON MONITOREO, CONTROL Y DESPLIEGUE	Id DEM: 3505, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
912	5880	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	1	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.5.1	DIGITAL DE PARAMETROS EN PANTALLA LCD A COLOR DE al menos 7", CON SISTEMA SENSIBLE AL TACTO? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 5880, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
913	3506	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	17	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.5.1.3	¿Se entiende que para dar cumplimiento a este punto bastara con ofertar equipos que tengan despliegues con tecnología de siete segmentos que muestren la información de forma continua e independiente del parámetro que se esté controlando? DICE: "POTENCIA DEL CALEFACTOR", PREGUNTA: CON EL FIN DE INCREMENTAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD DEL PARAMETRO, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON potencia del calefactor de forma grafica en barra de 20 segmentos que equivalen al 5%, 10%, 15%, ... hasta el 100% y de forma numérica de 0% a 100% con incrementos del 5%? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3506, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la presente cédula se encuentra debidamente descrito en el numeral 2.5.1.3 Potencia del calefactor, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
914	3507	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	18	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.7	DICE: "CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO SERVOCONTROLADO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 34°C A 38°C. RESOLUCION DE LA TEMPERATURA DE 0.1°C", PREGUNTA: CON EL FIN DE INCREMENTAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PARA UNA MEJOR SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON CONTROL DE TEMPERATURA SERVOCONTROLADO DENTRO DEL RANGO DE 34°C A 38°C. RESOLUCION DE LA TEMPERATURA DE 0.1°C? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3507, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar control de temperatura servocontrolado dentro del rango de 34°C a 37.0°C., con sobregiro de temperatura de 37.1°C a 38°C, con resolución de la temperatura 0.1°C como opción para el punto 2.7 Con control de temperatura automático, LA para el punto 2.7 Con control de temperatura automático, FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PARA UNA MEJOR SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR DENTRO DEL RANGO DE 34°C A 38°C. RESOLUCION DE LA TEMPERATURA DE 0.1°C., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
915	3508	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	19	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.8	DICE: "FUNCION DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNOSTICO", PREGUNTA: CON EL FIN DE contar con tecnología AVANZADA, INCREMENTANDO LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO", ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON FUNCION DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNOSTICO AL ENCENDER EL SISTEMA Y DE FORMA AUTOMATICA Y CONTINUA DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3508, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.8 Función de autoprueba o autodiagnóstico al encender el sistema, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
916	3509	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	20	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	2.9.2	DICE: "TEMPERATURA ALTA DEL PACIENTE Y TEMPERATURA BAJA DEL PACIENTE", PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO", ¿ EL EQUIPO DEBERA CONTAR el usuario desde 0.3°C a 1.5°C para su activación, como	Id DEM: 3509, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar equipo con alarma de temperatura alta del paciente y temperatura baja del paciente, la cual podrá programarse por el usuario desde 0.3°C a 1.5°C para su activación, como

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
917	5882	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	3	8	fototerapia)	3.1	CON ALARMA DE TEMPERATURA ALTA DEL PACIENTE Y TEMPERATURA BAJA DEL PACIENTE, LA CUAL PODRÁ PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 0.3°C A 1.5°C PARA SU ACTIVACIÓN?, ¿ES ESTO CORRECTO? Nos pueden aclarar a que se refiere el término integrada, si no se acepta que sea la lámpara sea rotatable	opción para el punto 2.9.2 Temperatura alta del paciente y temperatura baja del paciente, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5882, Respuesta: Se precisa que el término integrada se refiere a: "que reúne en una sola pieza otros aparatos que podrían existir independientemente.", en relación a lo establecido en el numeral 3.1 Lámpara de fototerapia interconstruida o integrada (no rotatable). En el rango de longitud de onda de 400 a 500 nanómetros, establecido en la presente convocatoria
918	3511	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	22	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	3.1.	DICE: "LAMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA (NO RODABLE), EN RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANOMETROS", PREGUNTA: CON EL FIN DE contar con tecnología de punta ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE TECNOLOGIA LED QUE TRABAJE DE 400 A 500 nm INTEGRADA AL RADIANTE DEL EQUIPO, DIRIGIBLE HORIZONTALMENTE, CON VIDA UTIL DE POR LO MENOS 1000 HORAS? ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 3511, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 3.1 Lámpara de fototerapia interconstruida o integrada (no rotatable). En el rango de longitud de onda de 400 a 500 nanómetros, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1 establecido en la presente convocatoria.
919	5883	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	4	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	3.2	Se entiende que para dar cumplimiento a este punto bastará con integrar una bascula de cualquier marca que tenga despliegue independiente el cual despliegue el peso del neonato en cualquier momento y circunstancia ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5883, Respuesta: Se acepta ofertar bascula de cualquier marca que tenga despliegue independiente el cual despliegue el peso del neonato en cualquier momento y circunstancia, como opción para el numeral 3.2 Bascula integrada o interconstruida con el despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante, toda vez que permita pesar al paciente sin retirarlo de la cuna y sin suspender la fototerapia, y mostrar el peso del paciente permitiendo su visibilidad para los profesionales de la salud a cargo de la atención del paciente sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
920	3512	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	23	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	3.2	dice: "BASCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUPTIR EL CALOR RADIANTE", PREGUNTA: ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON BASCULA INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUPTIR EL CALOR RADIANTE, CON RESOLUCION DE 5gr.; CAPACIDAD DE PESAJE DE 5gr. A 10 Kg.; CON DESPLIEGUE DE PESO EN EL	Id DEM: 3512, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 3.2 Bascula integrada o interconstruida con el despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
921	3498	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	9	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	SIN PUNTO	PANTALLA PRINCIPAL? ¿ES ESTO CORRECTO? ¿EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS MENCIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA SIN SER ESTO MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y TOMÁNDOSE EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN? ¿ES ESTO CORRECTO?	numeral 3.2 establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 3498, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.
922	3499	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	10	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	SIN PUNTO	CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE EL SISTEMA, ¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON ALARMA DE FALLA de calefactor, QUE INDIQUE que el calefactor se encuentra desconectado o que la resistencia CALEFACTORA se encuentra INOPERABLE? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3499, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
923	3500	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	11	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	SIN PUNTO	CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO, LA ALARMA DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA PODRÁ PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 0.3°C A 1.5°C PARA SU ACTIVACIÓN, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3500, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
924	3501	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	12	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	SIN PUNTO	CON EL FIN DE TENER UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA DEL SISTEMA ELECTRONICO, ¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON FUENTE CONMUTADA PARA ADECUACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA AL SISTEMA ELECTRONICO? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3501, Respuesta: No es correcto, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
925	3502	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	13	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	SIN PUNTO	EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR UN JUEGO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA ADICIONALES COMO CONSUMIBLES, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3502, Respuesta: No es correcto, favor de atender a la descripción señalada en el numeral 3.1 Lámpara de fototerapia interconstruida o integrada (no rotatable). En el rango de longitud de onda de 400 a 500 nanómetros, establecido en la presente convocatoria
926	5884	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	5	8	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	Sin punto.	Dado que se requiere una bascula integrada debemos entender que el equipo no deba almacenar, ni presentar gráficas o tendencias de las mediciones de peso en el neonato para el monitoreo de su desarrollo y evolución de crecimiento. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5884, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción señalada en el numeral 3.2 Bascula integrada o interconstruida con el despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante, establecido en la presente convocatoria
927	4399	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.	7	9	Eccardiografía bidimensional doppler color.	1.1	Numeral 1.1 Dice: Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardiacos en adultos.	Id DEM: 4399, Respuesta: Es correcta su apreciación.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
928	4400	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	8	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	1.1	niños y neonatos. Entendemos que se deberá ofertar equipo únicamente eco cardiográfico ("Eco Nativo"), no de servicios compartidos para imagen general ¿Es correcto? Numeral 1.1 Dice: Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardíacos en adultos, niños y neonatos. Entendemos que como mínimo se deberá ofertar capacidad de escalamiento a ultrasonografía invasiva con transductores transesofágicos e intracardíacos, lo que posibilitaría en el futuro poder utilizar el equipo durante cirugías cardíacas* ¿Es correcto? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2761099/	Id DEM: 4400, Respuesta: Es correcta su apreciación.
929	6551	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	15	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	1.1	Numeral 1.1 Dice: Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardíacos en adultos, niños y neonatos. Entendemos que se deberá ofertar software para guía en procedimientos quirúrgicos o invasivos con 12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse.	Id DEM: 6551, Respuesta: No es correcta su apreciación. Del Anexo No. 1.2. Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados en el INSTRUCTIVO DE LLENADO: 12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse.
930	5522	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	19	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2	SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON 4 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR SE ACEPTA?	Id DEM: 5522, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
931	5506	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	3	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.1	ESPECIFICA: "PANTALLA PLANA LCD O LED UOLED DE 21" O MAYOR." SE SOLICITA SE PERMITA, CON EL FIN DE AGILIZAR ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERALES 2.1 Y FACILITAR LA LABOR DEL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO. SE NOS PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNA PANTALLA LCD DE 19" Y TOUCH SCREEN DE 10.4" CON RESOLUCIÓN 1024X768, CON UN ÁNGULO DE VISIÓN 170° O MAYOR Y QUE PUEDA SER OPERADO CON GUANTES DE LATEX. SE ACEPTA?	Id DEM: 5506, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de mayor. SE SOLICITA SE PERMITA, CON EL FIN DE AGILIZAR ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERALES 2.1 Y FACILITAR LA LABOR DEL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO. SE NOS PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNA PANTALLA LCD DE 19" Y TOUCH SCREEN DE 10.4" CON RESOLUCIÓN 1024X768, CON UN ÁNGULO DE VISIÓN 170° O MAYOR Y QUE PUEDA SER OPERADO CON GUANTES DE LATEX. SE ACEPTA?
932	5511	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	8	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.1	ESPECIFICA "DOPPLER TISULAR DE ALTA VELOCIDAD O AL MENOS 240 CUADROS POR SEGUNDO." SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON FRAME RATE EN TDI CUADROS POR SEGUNDO, como opción para el punto 2.3. sin ser	Id DEM: 5511, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con doppler isular de alta velocidad o al menos 2030 F/S o como opción para el punto 2.3. sin ser

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
933	4401	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	9	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.12	DE HASTA 2030 F/S O MAYOR, SE ACEPTA? Numeral 2.12 Dice: Programa de cálculo y medición de fracción de eyección y volúmenes de forma automática. El tamaño y la función cardíaca izquierda son importantes factores pronósticos en enfermedades cardíacas. Su medición es la razón más frecuente para enviar pacientes a ecocardiografía. Estas mediciones tienen implicaciones importantes para la terapia pero son sensibles a la habilidad del operador* Para obtener mediciones precisas y facilitar la realización de esta útil medición al reducir la variación comparada con la planimetría manual y reducir el tiempo de realización*. Entendemos que el programa de cálculo y medición de fracción de eyección y volúmenes, tanto en ventrículo como aurícula izquierda, deberá ser por lo menos con detección automática de los bordes ¿Es correcto? *https://cardiovascularultrasound.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-7120-6-55	obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 4401, Respuesta: Es correcta su apreciación.
934	5512	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	9	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.13	ESPECIFICA TRANSMISIÓN DINÁMICA FOCAL SIN LA INTERVENCIÓN DEL USUARIO O SIN LA LIMITACIÓN DE PUNTOS FOCALES O ENFOQUE ÓPTIMO EN TODA LA PROFUNDIDAD DE LA IMAGEN". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR, CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA Y YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO EQUIPO NO DEMERITA LA CALIDAD DE LA IMAGEN DIAGNÓSTICA; UN EQUIPO QUE CUENTE CON HASTA 4 PUNTOS FOCALES; SE ACEPTA?	Id DEM: 5512, Respuesta: No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
935	5513	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	10	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.14	ESPECIFICA "RANGO DINÁMICO DE 200dB O MAYOR CON LA ADQUISICIÓN DE AL MENOS 1000 CUADROS POR SEGUNDO DINÁMICO". SE SOLICITA OFERTAR UN EQUIPO CON RANGO DINÁMICO DE 180 dB O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5513, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico 180 dB o mayor con adquisición de al menos 1,000 cuadros por segundo, como opción para el punto 2.14, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
936	5514	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	11	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.15	ESPECIFICA "ZOOM DE ALTA DEFINICIÓN O ZOOM CON INCREMENTO DE RESOLUCIÓN DE IMAGEN". SE SOLICITA EN TIEMPO REAL DE 10X, zoom en una región específica (spot) SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ZOOM EN TIEMPO REAL DE 10X, zoom magnificación de la imagen clínica al EN UNA REGIÓN ESPECÍFICA (SPOT) ZOOM DE HASTA 10X Y ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta PANTALLA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5514, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con zoom INCREMENTO DE RESOLUCIÓN DE IMAGEN". SE SOLICITA EN TIEMPO REAL DE 10X, zoom en una región específica (spot) SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ZOOM EN TIEMPO REAL DE 10X, zoom magnificación de la imagen clínica al EN UNA REGIÓN ESPECÍFICA (SPOT) ZOOM DE HASTA 10X Y ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta PANTALLA. SE ACEPTA?

OTEXTS

Disc

2

2

2

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
937	4402	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	10	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.17	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. Debido al alto nivel de tecnología requerido y para permitir el crecimiento del equipo conforme crezcan las necesidades de cada unidad médica, así como con los avances médicos y tecnológicos, entendemos que se deberá ofertar cuando menos crecimiento a futuro de transductor transbráxico 4D ¿Es correcto?	Id DEM: 4402, Respuesta: Es correcta su apreciación.
938	4403	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	11	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.17	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. En México las valvulopatías siguen siendo un problema importante de salud pública siendo la valvulopatía mitral la principal causa. Uno de los estudios que ha tomado relevancia es el Ecocardiograma, que en la actualidad se considera como uno de los métodos más importantes para evaluar la estructura y la función de la válvula mitral*, por lo que entendemos que se deberá ofertar como mínimo equipo con transductor transesofágico 4D y software de cuantificación automática de la válvula mitral y aórtica en 4D o volumétrico ¿Es correcto? http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/235_GPC_VALVULA_MITRAL/Vaivula_mitral_evr_	Id DEM: 4403, Respuesta: Es correcta su apreciación.
939	5515	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	12	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.17	ESPECIFICA "CON CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO EN HARDWARE SOFTWARE". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 4D Y RENDERIZACIÓN CON APARIENCIA DE PIEL EN 3D Y 4D, CALCULO AUTOMÁTICO Y RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA DE FOLÍCULOS, CALCULOS AUTOMÁTICOS DE OBSTETRICIA, CALCULO AUTOMÁTICO DE TRANSLUCENCIA NUCAL, SOFTWARE DE TENGGA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON BATERIA INTERNA CON INTEGRAR TRANSDUCTORES SECTORIALES DURACIÓN DE 1.5HR Y CALENTADOR DE GEL SE ACEPTA?	Id DEM: 5515, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad de crecimiento a 4D y renderización con apariencia de piel en 3D y 4D, calculo automático y reconstrucción volumétrica de folículos, calculos automáticos de obstetricia, calculo automático de translucencia nual, software de cortes tomográficos y cardío fetal. capacidad de integrar transductores sectoriales transesofágicos y neonatales y que AUTOMÁTICO DE TRANSLUCENCIA NUCAL, SOFTWARE DE TENGGA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON BATERIA INTERNA CON INTEGRAR TRANSDUCTORES SECTORIALES punto 2.17, sin ser obligatorio para los demás licitantes TRANSESOFAGICOS Y NEONATALES Y QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON BATERIA INTERNA CON DURACIÓN DE 1.5HR Y CALENTADOR DE GEL SE ACEPTA?
940	5516	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	13	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.18	ESPECIFICA "MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO EN TIEMPO REAL Y MODO DUPLEX DE AL MENOS 2000 CUADROS O 16GB DE IMAGENES BODIMENSIONALES O EN DUPLEX DE AL MENOS 13300 cuadros o 1.6 GB de imágenes COLOR Y 15 S O MÁS DE DATOS DOPPLER PARA REVISIÓN BIDIMENSIONALES O EN COLOR Y 15 segundos o más de datos de RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES". SE SOLICITA DOPPLER PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES. PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON MEMORIA DE como opción para el punto 2.18, sin ser obligatorio para los	Id DEM: 5516, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con memoria de imagen cuadro por cuadro en tiempo real y modo duplex de al menos 13300 cuadros o 1.6 GB de imágenes bidimensionales o en color y 15 segundos o más de datos de Doppler para revisión retrospectiva y selección de imágenes. como opción para el punto 2.18, sin ser obligatorio para los

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
941	4404	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	12	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.19	CINE DE HASTA 13300 CUADROS. SE ACEPTA? Numeral 2.19 Dice: Programa para evaluación del movimiento, la contradicción regional y global del miocardio, así como la función ventricular izquierda (Programa 2D strain o speckle-tracking o 2D wall motion tracking) con gráficas paramétricas (bull's eye) y cuantificación de deformación (Strain longitudinal, circunferencial y 2D). Entendemos que dicho programa requiere poder ser utilizado en corazón adulto, pediátrico y eco fetal, así como en cualquier cavidad del corazón (ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y aurículas) ¿Es correcto?	demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 4404, Respuesta: ES correcta su apreciación
942	5507	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	4	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.2	ESPECIFICA "CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL" SE SOLICITA SE INCLUYA LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA EN LA ESPECIFICACIÓN: QUE CUENTE CON 64,500 CANALES DIGITALES DE PROCESAMIENTO CON FORMACIÓN DE HAZ DE DUODECIMAL.	Id DEM: 5507, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con 64,500 canales de procesamiento digital, como opción para el punto 2.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
943	4405	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	13	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.2	Numeral 2.20 Dice: Con capacidad de crecimiento a programa de Stress Echo integrado con controles de ganancia y profundidad para múltiples vistas con protocolos para pruebas de esfuerzo y farmacológicos. El uso del programa de Stress Echo (o Eco Estrés) hoy en día es una capacidad ampliamente usada para evaluar la función cardíaca bajo estrés, solicitamos a la convocante de la manera más atenta considere requerir dicha funcionalidad (programa de Stress Echo en 2D) como mandatoria a ofertar y no como capacidad de crecimiento y programa de Stress Echo 4D o volumétrico como capacidad de crecimiento. ¿Se acepta?	Id DEM: 4405, Respuesta: Es correcta su apreciación.
944	5517	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	14	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.21	ESPECIFICA "OCHO CONTROLES DE AJUSTE DE GANANCIAS" SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON AJUSTE DE TGC Y LGC POR MEDIO DE 8 CONTROLES INDEPENDIENTES, SE ACEPTA?	Id DEM: 5517, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con 8 controles para ajuste de ganancias independientes de ajuste de TGC y 8 controles para ajuste LGC, como opción para el punto 2.21, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
945	5518	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	15	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.22	ESPECIFICA "DISCO DURO INTERNO DE 500GB" DEBIDO A QUE EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SE MANEJA UN GRAN VOLUMEN DE PACIENTES Y REQUIERE GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS. CON EL FIN DE ASEGURAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN	Id DEM: 5518, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con disco duro interno de 1 TB o mayor para almacenar imágenes, como opción para el punto 2.22, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							DISCO DURO INTERNO DE 1TB. SE ACEPTA?	
946	5552	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	16	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.22	Numeral 2.22 Dice: Disco duro interno de 500 GB o mayor para almacenar imágenes. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta considere requerir disco duro interno de al menos 2,000 GB para asegurar un adecuado flujo de trabajo. ¿Se acepta?	Id DEM: 5552, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con disco duro interno de 2,000 GB o mayor para almacenar imágenes, como opción para el punto 2.22., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
947	4406	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	14	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.23	Numeral 2.23 Dice: Teclado alfanumérico integrado al panel de control con interfaz en español. Entendemos que tanto el teclado alfanumérico como la pantalla touch deberán estar integrados físicamente al tablero de control ¿Es correcto?	Id DEM: 4406, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar teclado alfanumérico y la pantalla touch integrados físicamente al tablero de control como opción para el punto 2.23, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
948	5519	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	16	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.25	ESPECIFICA " SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR Y GRABADOR DE IMÁGENES". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SOFTWARE DE ENVÍO DE IMÁGENES Y REPORTE A PC. QUE PUEDA ENVIAR IMÁGENES CLÍNICAS DIRECTAMENTE A DISPOSITIVOS MÓVILES, Y UN SOFTWARE DE ANALISIS FUERA DE LINEA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5519, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.25. Unidad de almacenamiento por medio de CD y DVD y puerto USB integrada al equipo y sus subnumeral 2.5.1. Software para almacenar estudios, incluyendo visor y grabador de imágenes, establecida en la presente convocatoria.
949	5520	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	17	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.26	ESPECIFICA: "INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T O GIGABIT". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CONEXIÓN ALAMBÉRICA DE INTERNET Y QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE TENER CONEXIÓN INALÁMBÉRICA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5520, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.26 Interface de red Ethernet 100/1000 base T o Gigabit, establecido en la presente convocatoria.
950	5508	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	5	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.3.2	ESPECIFICA: "MODO M, M ANATÓMICO O M TRAZO LIBRE". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO MODO M ANATÓMICO CON HASTA 3 LINEAS DE REGISTRO, QUE PERMITA DESPLEGAR 3 GRAFICAS SIMULTÁNEAS. SE ACEPTA?	Id DEM: 5508, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con modo M, M anatómico con hasta 3 líneas de registro, que permita desplegar 3 graficas simultáneas o M trazo libre, como opción para el punto 2.3.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
951	5509	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	6	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.6	ESPECIFICA: MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL QUE ANALICE EL CONTENIDO DE LA IMAGEN, ELIMINE EL RUIDO Y AUMENTE LA DEFINICIÓN DE BORDES DE TEJIDO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR HERRAMIENTA QUE MEJORE LA HOMOGENEIDAD DE TEJIDO EN TODO EL CAMPO DE VISION, Y QUE PERMITA MEJORAR EL CONTROL DE RUIDO EN CAMARAS CARDIACA Y MUSCULO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5509, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.6. Modo adaptativo en tiempo real que analice el contenido de la imagen y elimine el ruido y aumente la definición de los bordes de tejido, establecidos en la presente convocatoria.
952	5510	IMPULSO	7	9	Ecocardiografía	2.8	SE ESPECIFICA OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA EN TIEMPO	Id DEM: 5510, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
Nó. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		MEXICANO, S.A. DE C.V.			bidimensional doppler color.		REAL AL OPRIMIR UN BOTON DE GANANCIAS, GANANCIAS DE PROFUNDIDAD, GANANCIA GENERAL Y COMPRESION(RANGO DINAMICO)". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON LA SIGUIENTE FUNCIÓN: CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN EN MODO B : GANANCIA Y TGC, EN COLOR : GANANCIA, EL DOPPLER DE PODER : GANANCIA, EN PW : LINEA BASE, PRF,WF.Y QUE CUENTA CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE ANGULO Y POSICIÓN DE ROI EN MODO COLOR Y DE TAMAÑO Y POSICIÓN DE VOLUMEN MUESTRA EN PW Y EN HERRAMIENTA DE MEDIO DE CONTRASTE :GANANCIA. SE ACEPTA?	atender a la descripción solicitada en los numerales 2.8. Optimización y compensación automática en tiempo real al oprimir un botón, de ganancias de profundidad, ganancia general y compresión (rango dinámico), establecidos en la presente convocatoria.
953	5521	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	18	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	3.1.1	ESPECIFICA TRANSDUCTOR SECTORIAL, VECTORIAL O ARREGLO EN FASE CON FRECUENCIA DE 2MHz O MENOR A 4MHz O MAYOR : SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR CON TECNOLOGÍA SINGLE CRYSTAL PARA MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN Y CON PROFUNDIDAD DE 40cm Y CON ANCHO DE BANDA DE 1.1MHz A 4.5MHz. SE ACEPTA?	Id DEM: 5521, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.1. Transductor sectorial, vectorial o arreglo en fase con frecuencia de 2 MHz o menor a 4 MHz o mayor con frecuencias armónicas para aplicación cardiológico adulto (Especificación Marca y modelo o número de parte), establecido en la presente convocatoria.
954	5994	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.1.1	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta y debido a que regularmente para un monitor de 21" la resolución cae en una matriz de 1024 x 1024, solicitamos se nos permita ofertar con esa resolución, lo anterior para no limitar la libre participación ¿Se acepta?	Id DEM: 5994, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1. Con resolución de 1920 x 1080 o mayor, establecido en la presente convocatoria.
955	5996	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.10	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que de acuerdo a la terminología de cada fabricante se nos acepte ofertar con fines exclusivos de referenciación como Velocidad de Mapeo de Tejido ¿Se acepta?	Id DEM: 5996, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.10 Doppler Tisular de alta velocidad o al menos 240 cuadros por segundo, establecidos en la presente convocatoria.
956	5997	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.13	Entendemos que este punto se requiere la realización de la mejora de la imagen de manera automática y que en pro de la libre participación se permitira ofertar con 8 puntos o zonas focales ¿Se acepta mi propuesta?	Id DEM: 5997, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / Se cedula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
957	5499	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.14	EL RANGO DINAMICO SOLICITADO NO CORRESPONDE A UN EQUIPO AVANZADO, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACION EL SOLICITAR UN RANGO DINAMICO DE 270 DB O MAYOR ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5499, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico de 270 dB o mayor con adquisición de al menos 1000 cuadros por segundo, como opción para el punto 2.14, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
958	5500	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.17	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO PUEDE TENER ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE COMO CRECIMIENTO A TRANSDUCTOR TRANSEOFAGICO ADULTO Y PEDIATRICO ES ESTO CORRECTO	esta manera. Id DEM: 5500, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar equipo con crecimiento a transductor transeofágico adulto y pediátrico, como opción para el punto 2.17, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
959	5998	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.18	Entendemos que se nos aceptará con fines exclusivos de referenciación una memoria de imagen o cine con arriba de 5 cuadros y almacenamiento en PC de 4 Gbytes ¿Se acepta?	Id DEM: 5998, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.18, memoria de imagen cuadro por cuadro en tiempo real y modo duplex de al menos 2,000 cuadros o 1.6 GB de imágenes bidimensionales o en color y 15 segundos o más de datos de Doppler para revisión retrospectiva y selección de imágenes, establecidos en la presente convocatoria.
960	5999	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.19	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a la diferencia de terminología y licencias empleadas permita con fines exclusivos de referenciación se pueda referenciar de acuerdo a la tecnología de cada fabricante anexando la información necesaria para que la convocante pueda asegurar el cumplimiento del punto ¿Se acepta?	Id DEM: 5999, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.19, Programa para evaluación del movimiento, la contractilidad regional y global del miocardio, así como la función ventricular izquierda (Programa 2D strain o speckle-tracking o 2D wall motion tracking) con gráficas paramétricas (bull's eye) y cuantificación de deformación (Strain longitudinal, circunferencial y 2D), establecidos en la presente convocatoria.
961	5498	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.2	CONSIDERANDO QUE LA CEDULA PUBLICADA NO ESTÁ ACTUALIZADA Y QUE NO LO MENCIONAN, DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERA CONTAR CON AL MENOS 4,000,000 DE CANALES DE PROCESAMIENTO ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5498, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar equipo con 4,000,000 canales de procesamiento digital, como opción para el punto 2.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
962	6000	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.20	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a la diferencia de terminología y licencias empleadas permita con fines exclusivos de referenciación se pueda referenciar de acuerdo a la tecnología de cada fabricante anexando la información necesaria para que la convocante pueda asegurar el cumplimiento del punto ¿Se acepta?	Id DEM: 6000, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.20, Con capacidad de crecimiento a programa de Stress Echo integrado con controles de ganancia y profundidad para múltiples vistas con protocolos para pruebas de esfuerzo y farmacológicos, establecidos en la presente convocatoria.
963	5995	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.5	Entendemos que de acuerdo a lo solicitado lo que se solicita en esta característica es la capacidad de manejar imágenes tisulares en conjunto con la licencia de imágenes armónicas por técnica de inversión de pulsos ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 5995, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5, imágenes armónicas tisulares por técnica de inversión de pulsos, establecidos en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
964	5710	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	32	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.14	Con el propósito de mejorar la resolución temporal en estudios cardiológicos, se entiende que se requiere ofertar un equipo que pueda adquirir al menos 1,500 cuadros por segundo, ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5710, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico 180 dB o mayor con adquisición de al menos 1,500 cuadros por segundo, como opción para el punto 2.14., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
965	5711	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	33	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	2.29	Con el objetivo de mejorar el flujo de trabajo y facilitar su uso, los ecocardiografos de alto desempeño incluyen en su diseño una pantalla sensible al tacto con presentación dinámica de los controles, por tanto entendemos que deberá ofertarse esta característica, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5711, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con panel o pantalla sensible al tacto con presentación dinámica de los controles con ajuste de altura y rotación variable seleccionable por el usuario, como opción para el punto 2.29., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
966	5968	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	37	9	Ecocardiografía bidimensional doppler color.	4.1	Se solicita amablemente a la convocante elimine este punto de la cédula técnica ya que los protectores bucales no son necesarios debido a que no se solicita un transductor transesofágico para dicho equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5968, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnica referente al numeral 4.1. Protector bucal reusables 10 piezas.
967	6072	TECNOLOGIA EN QUIROFANOS, S.A. DE C.V.	6	10	Electrocardiografía multifocal con interpretación.	2.2.3	EL TECLADO INTERCONSTRUIDO ALFANUMERICO ¿DEBERA SER TIPO QWERTY Y DE MEMBRANA?	Id DEM: 6072, Respuesta: Se acepta ofertar TECLADO INTERCONSTRUIDO ALFANUMERICO completo para introducir los datos del paciente TIPO QWERTY Y DE MEMBRANA, como opción para el punto 2.2.3 Teclado interconstruido alfanumérico completo para introducir los datos del paciente., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
968	6123	VAL BREN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9	10	Electrocardiografía multifocal con interpretación.	2.2.6	Dice 2.2.6 Tiempo de recarga de la batería cuatro horas o menor. Esta especificación no representa relevancia en el desempeño del equipo, por lo tanto solicitamos se permita ofertar la tecnología de acuerdo a cada fabricante, siempre y cuando se cumplan todas las demás características solicitadas en esta partida. ¿Se acepta?	Id DEM: 6123, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere el tiempo de recarga de la batería de la tecnología a ofertar.
969	6070	TECNOLOGIA EN QUIROFANOS, S.A. DE C.V.	4	10	Electrocardiografía multifocal con interpretación.	2.3.1	EL EQUIPO ADEMAS DE CONTAR CON PANTALLA A COLOR PARA VISUALIZACIÓN SIMULTANEA DE DOCE O MAS DERIVACIONES. ¿DEBERA PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL ANALISIS Y DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS EXAMENES GUARDADOS?	Id DEM: 6070, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Pantalla a color para visualización simultánea de doce o más derivaciones establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
970	6071	TECNOLOGIA EN QUIROFANOS,	5	10	Electrocardiografía multifocal	2.3.1	ADEMAS DE CONTAR CON PANTALLA A COLOR, ¿TAMBIEN DEBERA DE SER TÁCTIL TIPO TOUCH PARA NAVEGAR EN EL	Id DEM: 6071, Respuesta: Se acepta ofertar Pantalla a color para visualización simultánea de doce o más derivaciones

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			con interpretación.		MENÚ DE MANERA INTUITIVA Y RÁPIDO?	TÁCTIL TIPO TOUCH PARA NAVEGAR EN EL MENÚ DE MANERA INTUITIVA Y RÁPIDO como opción para el punto 2.3.1 Pantalla a color para visualización simultánea de doce o más derivaciones, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
971	6073	TECNOLOGÍA EN QUIRÓFANOS, S.A. DE C.V.	7	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.3.1	¿DEBERA CONTAR CON MEDICIÓN CONTINUA DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (HR) Y SU PRESENTACIÓN EN PANTALLA?	Id DEM: 6073, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
972	6124	VALBREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.5	Dice 2.5 Transmisión de los estudios en al menos formato PDF y XLM: Solicitamos a la convocante que se permita ofertar transmisión de estudios en formato pdf y/o DICOM, que es un formato más avanzado de comunicación para uso médico, lo cual no demerita la calidad de lo solicitado y para no limitar la libre participación ¿Se acepta?	Id DEM: 6124, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de XLM: Solicitamos a la convocante que se permita ofertar transmisión de estudios en formato pdf y/o DICOM, que es un formato más avanzado de comunicación para uso médico, lo cual no demerita la calidad de lo solicitado y para no limitar la libre participación ¿Se acepta?
973	6068	TECNOLOGÍA EN QUIRÓFANOS, S.A. DE C.V.	2	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.5.1	Solicitan vía puerto serial RS232. La mayoría de los fabricantes de computadoras y de equipos médicos modernos este tipo de puerto lo han descontinuado, solicitamos se acepten equipos con puertos USB, son más actuales y compatibles con otros accesorios.	Id DEM: 6068, Respuesta: Se acepta ofertar vía puerto USB, como opción para el punto 2.5.1 Vía puerto serial (RS232), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
974	6069	TECNOLOGÍA EN QUIRÓFANOS, S.A. DE C.V.	3	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.6.2	EN RELACIÓN AL PUNTO 2.5 Y EN APOYO A LA ECOLOGÍA Y EL AHORRO EN CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO UN FACIL CONTROL DEL ESTUDIO Y DEL USO DEL APARATO. SUGERIMOS UNA IMPRESORA INTERCONSTRUIDA TÉRMICA CON CABEZAL DE ALTA RESOLUCIÓN Y CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DE LAS 12 DERIVACIONES EN UN ROLLO DE PAPEL DE REGISTRO DE 112 mm DE ANCHO.	Id DEM: 6069, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.2 Impresión de 12 derivaciones en hojas de tamaño carta, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
975	6125	VALBREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	11	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.6.2	Dice: 2.6.2 Impresión de 12 derivaciones en hojas de tamaño carta. Solicitamos a la convocante se permita ofertar impresión de 6 derivaciones en tamaño de al menos 110 mm., lo cual no demerita la calidad de los equipos. ¿Se acepta?	Id DEM: 6125, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.2 Impresión de 12 derivaciones en hojas de tamaño carta, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
976	3545	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	4	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	3.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA OFERTAR COMO SEGUNDA OPCIÓN A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO: 3.4. CARRO DE TRANSPORTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL EQUIPO QUE PERMITA LA FIJACIÓN DEL MISMO, CON RUEDAS Y SISTEMA DE	Id DEM: 3545, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
977	5712	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	34	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.2.1	FRENADO, CON UN CAJÓN O CANASTA O CHAROLA, COMO MÍNIMO PARA LA GUARDA DE ACCESORIOS. SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. LO ANTERIOR SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LO SOLICITADO EN PUNTO 3.4. DE LA PARTIDA No. 10? Se pide a la convocante amablemente para no limitar la libre participación ¿Se considere el equipo para adquirir más de doce derivaciones en el equipo?	Id DEM: 5712, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Con capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones o más., para el numeral 2.2.1 en la presente cédula de descripción del artículo.
978	5135	COMERLAT, S.A. DE C.V.	28	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.2.6	Dice: Tiempo de recarga de la batería no representa una característica significativa, ya que siempre se encuentran conectados al suministro de corriente eléctrica, por lo tanto y de acuerdo al artículo 29, fracción V de la LAASSP con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría, solicitamos se permita ofertar la tecnología de acuerdo a cada fabricante, siempre y cuando se cumplan todas las demás características solicitadas en esta partida. ¿Se acepta? Se pide a la convocante amablemente para no limitar la libre participación ¿Se puede considerar que el equipo despliegue más de doce señales de manera simultánea?	Id DEM: 5135, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
979	5713	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	35	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.3.1	Dice: Transmisión de los estudios en al menos formato PDF y XLM: Los equipos actuales pueden realizar la transmisión de estudio en formato pdf y DICOM, que es un formato más avanzado de comunicación para uso médico, por lo tanto solicitamos a la convocante se permita ofertar transmisión de los estudios en al menos formato PDF y XLM ó DICOM lo cual es una característica superior por lo tanto no demerita la calidad de lo solicitado, ¿Se acepta?	Id DEM: 5713, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Pantalla a color para visualización simultánea de doce o más derivaciones para el numeral 2.3.1 en la presente cédula de descripción del artículo.
980	5136	COMERLAT, S.A. DE C.V.	29	10	Electrocardiografía multicanal con interpretación.	2.5	Dice: Transmisión de los estudios en al menos formato PDF y XLM: Los equipos actuales pueden realizar la transmisión de estudio en formato pdf y DICOM, que es un formato más avanzado de comunicación para uso médico, por lo tanto solicitamos a la convocante se permita ofertar transmisión de los estudios en al menos formato PDF y XLM ó DICOM lo cual es una característica superior por lo tanto no demerita la calidad de lo solicitado, ¿Se acepta?	Id DEM: 5136, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5. Transmisión de los estudios en al menos formato PDF y XLM, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
981	6031	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	15	11	Electroencefalógrafo de 32 canales.	2.1.1.1	DE ACUERDO AL CONOCIMIENTO CON EL QUE SE CUENTA, EL ESTIMULADOR CON LÁMPARA TIPO LED ES, POR MUCHO, MÁS LIGERO Y PORTABLE QUE EL XENON. ADEMÁS DE SER ÉSTE ÚLTIMO MOTIVO COMÚN DE RUIDO EXTERNO. CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR LAS MEJORES CONDICIONES A LA CONVOCANTE, RECOMENDAMOS SE LE DE PREFERENCIA	Id DEM: 6031, Respuesta: No realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							AL TIPO LED.	
982	6032	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	16	11	Electroencefalógrafa de 32 canales.	2.1.2.3.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE CONSIDERE QUE LA ESPECIFICACIÓN DE NIVEL DE RUIDO INTERNO SEA MENOR A 1.5 µV PICO PICO DE 1 A 100 HZ CON LA INTENCIÓN DE ACTUALIZAR LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS CON LAS QUE SE CUENTAN HOY EN DÍA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6032, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.2.3 Nivel de ruido interno menor a 3 µV pico-pico en el rango de 0.1 a 100 Hz, establecido en la presente convocatoria. 7 cédula de descripción del artículo.
983	6034	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	18	11	Electroencefalógrafa de 32 canales.	2.1.2.6	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL, LA FRECUENCIA DE MUESTREO POR CANAL DEBERA SER MÍNIMO DE 2000 HZ. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6034, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar FRECUENCIA DE MUESTREO POR CANAL MÍNIMO de 2000 HZ como opción para el punto 2.1.2.6 Frecuencia de muestreo de 1000 Hz o mayor por canal., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
984	6033	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	17	11	Electroencefalógrafa de 32 canales.	2.1.2.8.	CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS EN EL PACIENTE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL INDICADOR VISUAL DE 50 KOHMS Y MEDICIONES INDIVIDUALES EN PANTALLA IMPEDANCIA DEBE TENER UMBRALES DE 2.5.10.20 Y 50 KOHMS Y MEDICIONES INDIVIDUALES EN PANTALLA CON EL VALOR EXACTO DE LA IMPEDANCIA EN CADA VALOR EXACTO DE LA IMPEDANCIA EN CADA CANAL. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6033, Respuesta: Se acepta ofertar INDICADOR VISUAL DE IMPEDANCIA con UMBRALES DE 2.5.10.20 Y 50 KOHMS Y MEDICIONES INDIVIDUALES EN PANTALLA CON EL VALOR EXACTO DE LA IMPEDANCIA EN CADA CANAL como opción para el punto 2.1.2.8 Probador de impedancia para electrodos con indicador visual de alta impedancia., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
985	6322	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	58	11	Electroencefalógrafa de 32 canales.	2.1.5.1	ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE QUE SEA REPRESENTADO POR MEDIO DE UN GRÁFICO DE TENDENCIAS EN EL CUAL SE INCORPOREN LOS COMPONENTES DE FRECUENCIA DEL EEG Y LAS AMPLITUDES CORRELACIONADAS A CADA FRECUENCIA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6322, Respuesta: No es correcta su interpretación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.1 Programa de mapeo cerebral que incluya al menos un mapa de frecuencias, mapeo de potencias (amplitudes), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
986	6323	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	59	11	Electroencefalógrafa de 32 canales.	2.1.5.2	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LA FUNCIÓN DE MONITOREO DE LARGO TÉRMINO SEA UNA OPCIÓN DE CRECIMIENTO FUTURO, SIEMPRE QUE SE DOCUMENTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON DICHA OPCIÓN. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA MAYORÍA DE MARCAS COMERCIALES ESTO IMPLICA UN SOFTWARE OPCIONAL Y POR ELLO TAMBIÉN SE VE IMPACTADO EN EL COSTO DE LAS PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA EEG DE LARGO TÉRMINO COMO OPCIONAL?	Id DEM: 6323, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.2 Programa para monitoreo de EEG de largo término para estudio de epilepsia (localización, identificación y propagación de descargas epileptiformes), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
987	6324	CASA PLARRE,	60	11	Electroencefalógrafa de 32 canales.	2.1.6.1	ENTENDEMOS QUE EL FORMATO DE LOS ESTUDIOS PUEDE	Id DEM: 6324, Respuesta: No es correcta su apreciación.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			grafo de 32 canales.		SER VISUALIZADO EN OTRA COMPUTADORA CON AMBIENTE WINDOWS, MANTENIENDO LA MISMA CALIDAD ORIGINAL DE ADQUISICIÓN. ¿ES CORRECTO?	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.6.1 En formato que pueda ser visualizado en otro sistema de cómputo con las características que fue adquirido, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
988	6325	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	61	11	Electroencefalo grafo de 32 canales.	2.2.11	ENTENDEMOS QUE SE PERMITE OFERTAR UN SISTEMA UPS QUE CUENTE CON LA FUNCIÓN DE SUPRESOR DE PICOS Y FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.2.11 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con regulador de voltaje. (indicar marca y modelo), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Id DEM: 6325, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.11 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con regulador de voltaje. (indicar marca y modelo), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
989	6035	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	19	11	Electroencefalo grafo de 32 canales.	2.2.9	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO A LA CONVOCANTE, PODRÁ REALIZAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO, SIN INCLUIR COMO TAL LA CAMARA.	Id DEM: 6035, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Para interconectarse a cámara de video (no webcam, indicar marca y modelo) que incluya infrarrojo y función de zoom, para grabación del video con sincronía del EEG del paciente., para el numeral 2.2.9 en la presente cédula de descripción del artículo. Por lo que debe de incluir cámara de video en su propuesta.
990	6326	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	62	11	Electroencefalo grafo de 32 canales.	2.4	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE ACEPTA OFERTAR LA MISMA CANTIDAD DE ELECTRODOS PERO DE PLATA/CLORO DE PLATA (Ag/AgCl) CON LOS CUALES NO SE AFECTA LA CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES. ADEMÁS, LOS ELECTRODOS DE CLORO DE PLATA REQUIEREN MENOS CUIDADOS QUE LOS DE COPA DE ORO Y POR ELLO SON MÁS DURABLES. ¿SE ACEPTAN ELECTRODOS DE PLATA?	Id DEM: 6326, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 Juego completo de 40 electrodos reusables con disco o copa de cloruro plata con baño de oro de 24 kates de 10 mm, para electroencefalografía. Que cumplan con el estándar din y longitud del cable de 24 puntas de 1 metro como mínimo. (Indicar marca, modelo y/o número de parte), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
991	6327	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	63	11	Electroencefalo grafo de 32 canales.	2.5	ENTENDEMOS QUE SE DEBE DEMOSTRAR EN CATÁLOGOS O MANUALES EL CRECIMIENTO A FUTURO DE POLISOMNOGRAFIA USANDO EL MISMO AMPLIFICADOR DE 32 CANALES, EL CUAL DEBERÁ ESTAR PREPARADO PARA ADMITIR LAS MEDICIONES DE SpO2, CO2 Y AL MENOS 4 ENTRADAS DE DC PARA SEÑALES EXTERNAS. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6327, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5 Crecimiento a futuro para polisomnografía., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
992	6029	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO, S.A. DE C.V.	1	12	Electromiografo de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)		Para la partida 12 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES, solicitamos a la convocante nos especifique para que servicio del hospital será utilizado el equipo.	Id DEM: 6029, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
993	6030	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO, S.A. DE C.V.	2	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)		En caso de que se utilizó para el servicio de audiología, solicitamos a la convocante permita ofertar un equipo que cuente solo con potenciales evocados auditivos. ¿se acepta?	Id DEM: 6030, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en la partida 12 Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales), establecido en la presente convocatoria.
994	6334	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	70	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.12	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN OFERTAR LOS SIGUIENTES ESTIMULADORES ELÉCTRICOS: UN ESTIMULADOR DE CORRIENTE CON CONTROL DE INTENSIDAD DESDE EL MISMO MANGO DEL ESTIMULADOR Y UN ESTIMULADOR DE CORRIENTE CON PUNTAS DE ADAPTADORES DE TAMAÑO PEDIÁTRICO Y UN JUEGO DE ESTIMULACIÓN DE DISTANCIA VARIABLE (DE 9 A 35 MM) PARA USO TANTO CON PACIENTES PEDIÁTRICOS COMO ADULTOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6334, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.12 Estimulador de corriente con punta de estimulación con control de intensidad y estímulo con al menos un juego de adaptadores de tamaño pediátrico y un juego de tamaño adulto., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
995	6335	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	71	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.16	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE ACEPTA OFERTAR LA MISMA CANTIDAD DE ELECTRODOS PERO DE PLATA/CLORURO DE PLATA (Ag/AgCl) CON LOS CUALES NO SE AFECTA LA CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES, ADEMÁS, LOS ELECTRODOS DE CLORURO DE PLATA REQUIEREN MENOS CUIDADOS QUE LOS DE COPA DE ORO Y POR ELLO SON MAS DURABLES. ¿SE ACEPTAN ELECTRODOS DE PLATA?	Id DEM: 6335, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Al menos un juego completo de 20 electrodos reusables con disco o copa de cloruro de plata con baño de oro de 24 kates de 10 mm. Que cumplan con el estándar din y longitud del cable de 1 a 1.5 metros como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
996	6036	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	20	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.3.1.1	CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER AMBAS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DEL ESTIMULADOR: CON CORRIENTE CONSTANTE Y CON CORRIENTE VARIABLE Y VOLTAJE CONSTANTE. DEBIDO A QUE ALGUNAS PRUEBAS REQUIEREN DIFERENTE TIPO DE CONTROL EN LA ESTIMULACIÓN, PARA DISMINUIR EL DOLOR Y LA INCOMODIDAD EN EL PACIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APEECCION?	Id DEM: 6036, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar AMBAS OPCIONES DE CONFIGURACION DEL ESTIMULADOR: CON CORRIENTE CONSTANTE Y VOLTAJE CONSTANTE como opción para el punto 2.3.1.1 De corriente y/o voltaje constante., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
997	6328	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	64	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.3.4.3	LA FRECUENCIA DE MUESTREO ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LA VELOCIDAD DE CONVERSIÓN. EN EL EQUIPO QUE OFERTAMOS, LA VELOCIDAD DE CONVERSIÓN DE 10 MICROSEGUNDOS LO QUE EQUIVALE A 100.000 EL MUESTREO DE 60.000 HZ. POR ELLO ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIARLO DE ESTA FORMA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6328, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá REFERENCIAR VELOCIDAD DE CONVERSIÓN DE 10 MICROSEGUNDOS por canal para el numeral 2.3.4.3 Frecuencia de muestreo de 60,000 Hz o mayor por canal., establecido en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
998	6037	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	21	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.3.4.7	CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR LA CALIDAD EN LOS ESTUDIOS DEL PACIENTE, SOLICITAMOS QUE LA IMPEDANCIA DE ENTRADA MINIMA DEL EQUIPO DEBA SER MAYOR A 100 MOHMS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6037. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.4.7 Con impedancia de entrada de al menos 50 Mohms., establecido en la presente convocatoria.
999	6329	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	65	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.3.7	LOS CAMBIOS DE MONTAJES Y FILTROS SE PUEDEN REALIZAR PARA EEG, EN EL CASO DE UN EMG/PE, LO QUE SE MODIFICA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS ESTUDIOS SON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: SENSIBILIDAD, VELOCIDAD DE BARRIDO, PROMEDIACIONES, CAMBIO DE CANALES, LATERALIDAD. ¿SE ACEPTA REFERENCIAR ESTOS PARÁMETROS?	Id DEM: 6329. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.7 Que permita el cambio de montajes, filtros, sensibilidad y velocidad de barrido., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1000	6330	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	66	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.4.1	EN EL CASO DE UN ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA SE PUEDEN CARACTERIZAR LAS FRECUENCIAS DE LAS ONDAS CEREBRALES DURANTE LOS DIFERENTES ESTADOS DE CONCIENCIA, EN EL CASO DE UN EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA CON POTENCIALES EVOCADOS, LO QUE SE MIDE SON LAS FORMAS DE ONDA CAPTADAS EN EL CEREBRO, LOS MUSCULOS Y LOS NERVIOS POSTERIORES ALLOS ESTÍMULOS. PARA LOS ESTUDIOS QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO EN UN EMG/PE SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES MEDICIONES: A. VELOCIDADES DE CONDUCCIÓN Y SE MIDE: LATENCIA, AMPLITUD Y VELOCIDAD. B. EMG Y SE MIDE: AMPLITUD, ÁREA, DURACIÓN, FASES Y GIROS. C. POTENCIALES EVOCADOS Y SE MIDEN: LATENCIAS, LATENCIAS "ENTRE PÍCOS" Y AMPLITUDES. ¿SE ACEPTA REFERENCIARLO DE ESTA FORMA?	Id DEM: 6330. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.1 Medición de frecuencias, amplitudes y duraciones., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1001	6331	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	67	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.5.2	ENTENDEMOS QUE CON BASE EN LA PRACTICA CLINICA, LAS CUATRO CURVAS SE REFIEREN A: ACTIVIDAD DE INSERCIÓN, ACTIVIDAD ESPONTÁNEA, POTENCIAL DE UNIDAD MOTORA (MUP) Y CONTRACCIÓN VOLUNTARIA MAXIMA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6331. Respuesta: No es correcta su interpretación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.2 De las 4 curvas de EMG como mínimo, con las siguientes características., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1002	6038	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	22	12	Electromiografía de cuatro canales (con	2.6.1.1	ACTUALMENTE LA ELECTROMIOGRAFIA DE FIBRA ÚNICA ES UTILIZADA EN SU MAYORIA PARA FINES DE INVESTIGACIÓN Y NO CLINICOS, ADEMÁS DE QUE EL COSTO DE ESTA	Id DEM: 6038. Respuesta: No realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1003	6332	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	68	12	potenciales evocados (multimodales)	2.6.1.1, 4.3	LICENCIA ELEVA CONSIDERABLEMENTE EL PRECIO DEL CAUSANDO ESTO UN DETRIMENTO PARA EL INSTITUTO, POR LO QUE NO SE RECOMIENDA QUE ESTE PUNTO NO SEA INDISPENSABLE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6332, Respuesta: Para el numeral 2.6.1.1 No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.1.1 Electromiografía con grabación o almacenamiento de al menos 30 segundos, reflejo de parpadeo, estimulación repetitiva, electromiografía de fibra única, onda F, reflejo H., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1004	6333	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	69	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	2.8.10	DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS DE EMG DE FIBRA ÚNICA NO SE CONSIDERAN DE RUTINA Y QUE LOS USUARIOS PRECISAN DE UN ENTRENAMIENTO CLÍNICO BASTANTE ESPECÍFICO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS REGISTROS, AUNADO AL USO DE AGUJAS Y SOFTWARE ESPECIALIZADOS, PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE DICHO ESTUDIO DE EMG DE FIBRA ÚNICA Y LAS AGUJAS, SEAN OPCIONALES Y SÓLO SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA REALIZARLO COMO OPCIÓN DE CRECIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	Para el numeral 4.3 No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.3 Al menos cinco electrodos (agujas) de fibra única (únicamente para estudios de pacientes con miastenia gravis). Incluir registro sanitario. Establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1005	6336	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	72	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	4.1	ENTENDEMOS QUE SE PERMITE OFERTAR UN SISTEMA UPS QUE CUENTE CON LA FUNCIÓN DE SUPRESOR DE PICOS Y DE ESTA FORMA TENER UN SOLO ACCESORIO QUE HAGAN AMBAS FUNCIONES. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6333, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.10 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con regulador de voltaje. (Incluir marca y modelo) establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1006	6337	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	73	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	4.2	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS MONOPOLARES REUSABLES Y ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 4.1 Electrodo desechable de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario) establecido, en la presente cédula de descripción del artículo.	Id DEM: 6336, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.1 Electrodo desechable de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario) establecido, en la presente cédula de descripción del artículo.
1006	6337	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	73	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	4.2	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS CONCÉNTRICAS REUSABLES Y ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 4.2 Electrodo desechable de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario) establecido, en la presente cédula de descripción del artículo.	Id DEM: 6337, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.2 Electrodo desechable de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario) establecido, en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1007	6039	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	23	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	4.2	YA QUE LA ELECTROMIOGRAFÍA DE FIBRA ÚNICA PUEDE SER OPCIONAL, NO SERIA NECESARIO EL USO DE AGUAS CONCENTRICAS. LO ANTERIOR DADO QUE ESTO ELEVARIA CONSIDERABLEMENTE EL PRECIO DEL EQUIPO. POR LO QUE SOLICITAMOS ESTE PUNTO SEA ELIMINADO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6039, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se precisa que la convocante requiere Electrodo (agujas) concéntricos de al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario) para el numeral 4.2 en la presente cédula de descripción del artículo
1008	6040	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	24	12	Electromiografía de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	4.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, OFERTAR UN KIT SE ESPONJAS DE VARIOS TAMAÑOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6040, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.4 Esponjas para audífonos de inserción. Al menos 200 piezas., establecido en la cédula de descripción del artículo.
1009	3976	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3	13	Fotocoagulador integral para retina, estado sólido.	3.2	Se le solicita amablemente a la convocante proporcionar marca y modelo del microscopio donde se montaría el filtro.	Id DEM: 3976, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1010	3977	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4	13	Fotocoagulador integral para retina, estado sólido.	4.1	Se le solicita a amablemente a la convocante nos aclare ¿qué calibre de endosondas requiere así como si requiere que sean curvas o rectas?	Id DEM: 3977, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1011	4353	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	2	13	Fotocoagulador integral para retina, estado sólido.	2.7	Solicitamos a la convocante nos acepte una duración de pulso hasta de 5000ms. ¿se acepta?	Id DEM: 4353, Respuesta: Se acepta ofertar una duración de pulso de hasta 5000ms para el valor superior del rango, como fue solicitado en la presente cédula de descripción de artículo, en el punto "2.7 Duración del pulso, seleccionable en forma continua de 10 ms (milisegundos) a 2000 ms o mayor", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1012	4354	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	3	13	Fotocoagulador integral para retina, estado sólido.	3.3	Solicitamos a la convocante nos aclare si el equipo será usado sólo en quirófano o en consulta, ya que el agregar tanto el oftalmoscopio láser indirecto como la lámpara de hendidura encarecerá notablemente el precio.	Id DEM: 4354, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.3 establecido en la Cédula de Descripción de Artículo 11902 Fotocoagulador integral para retina, estado sólido.
1013	4355	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	4	13	Fotocoagulador integral para retina, estado sólido.	3.4	Solicitamos a la convocante acepte que se oferte Lámpara de hendidura de marca distinta al fotocoagulador, siempre que presente características iguales o superiores a las solicitadas, siendo totalmente compatible con el equipo. ¿se acepta?	Id DEM: 4355, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "3.4 Lámpara de hendidura de la misma marca, especialmente diseñada para uso de láser (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).", establecida en la Cédula de Descripción de Artículo 11902 Fotocoagulador integral para

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1014	4356	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	5	13	Fotocoagulador integral para retina, estado solido.	4.1	Solicitamos a la convocante indique si las endosondas deben ser rectas o anguladas, de requerir ambos tipos solicitamos especifique las cantidades que requerirá de cada una.	Id DEM: 4356, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1015	6060	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	21	14	Incubadora de traslado.	1.1	¿Se solicita a la convocante que el dispositivo pueda controlar la oxigenación del rango 21 al 50% con un medidor de flujo visible en el panel de control, se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6060, Respuesta: No se acepta su propuesta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1016	6061	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	22	14	Incubadora de traslado.	1.1	¿Se solicita a la convocante que el dispositivo no deberá de pesar máximo 60 kg para realizar maniobras más ágiles, se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6061, Respuesta: No se acepta su propuesta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. En el instructivo de llenado del Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados de la presente convocatoria, donde se menciona lo siguiente: ... "12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse."
1017	6502	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	22	14	Incubadora de traslado.	2.6.7	Sugerimos a la convocante considere que la característica requerida sea que cuenten con freno en las cuatro ruedas, ya que el movimiento que pueda generarse en la incubadora, por traslados en ambulancia o helicópteros, por no contar con freno en todas sus ruedas, resulta inseguro para el paciente neonatal.	Id DEM: 6502, Respuesta: No se acepta la consideración requerida sea que cuenten con freno en las cuatro ruedas, ya que planteada por el licitante para el numeral 2.6.7 Con freno en el movimiento que pueda generarse en la incubadora, por al menos dos (2) ruedas. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.7, establecido en la presente convocatoria.
1018	6059	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	20	14	Incubadora de traslado.	2.9	¿Se solicita a la convocante que la batería sea de 200 horas como un mínimo de respaldo para cualquier situación; y no se dependa totalmente de la alimentación de la unidad de transporte, se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6059, Respuesta: No se acepta su propuesta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1019	3591	DRÁGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	3	14	Incubadora de traslado.	2.5.5	PREGUNTA: Derivado de la naturaleza en la utilización del equipo y al ser este de traslado, solicitamos a la convocante ofertar temperatura de aire alta. ¿Se acepta?	Id DEM: 3591, Respuesta: Se acepta ofertar temperatura de aire alta, como opción para el numeral 2.5.5. Temperatura alta del aire y temperatura baja del aire, derivado del numeral 2.5 Alarmas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Establecido en la presente

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1020	3592	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	4	14	Incubadora de traslado.	2.5.8	PREGUNTA: Derivado de la naturaleza en la utilización del equipo y al ser este de traslado, solicitamos a la convocante ofertar equipos que contengan la característica de referencia de forma opcional y de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.	convocatoria Id DEM: 3592, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología de cada fabricante, como opción para el numeral 2.5.8 Temperatura alta de la piel del paciente y temperatura baja de la piel del paciente, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1021	3593	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	5	14	Incubadora de traslado.	4.4	DICE: 4.4. Filtro para oxígeno (dos piezas). PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un filtro de oxígeno interconstruido, el cual requiere del cambio solo en los mantenimientos preventivos cada seis meses, disminuyendo así los costos y haciendo eficaz el uso de los recursos incluidos. ¿Se acepta?	Id DEM: 3593, Respuesta: Se acepta ofertar un filtro de oxígeno interconstruido, el cual requiere del cambio solo en los mantenimientos preventivos cada seis meses como opción para el numeral 4.4 Filtro para oxígeno (dos (2) piezas), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1022	5885	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	6	14	Incubadora de traslado.	2.6.6	Se entiende que el carro en el que estará montada la incubadora deberá ser de altura fija y que la incubadora será únicamente para traslado intrahospitalario. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5885, Respuesta: No es correcto. Se precisa que la convocante requiere que la incubadora pueda ser utilizada para traslado de pacientes dentro y fuera del hospital. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.6 Con carro rodable, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1023	6138	VIASIS, S.A. DE C.V.	18	14	Incubadora de traslado.	1.1	Entendemos que para la comprobación de los puntos solicitados bastará con referenciarlos de manera gráfica, ¿se acepta?	Id DEM: 6138, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2. el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.
1024	6139	VIASIS, S.A. DE C.V.	19	14	Incubadora de traslado.	2.6.1	Solicitamos a la convocante nos indique el nivel de ruido (en dBA) que tendrá el equipo solicitado. Favor de aclarar	Id DEM: 6139, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere un nivel de ruido en el interior del capote menor o igual a 50 bBA para el numeral 2.6.1 Capote con doble pared de la cédula de descripción del artículo.
1025	6140	VIASIS, S.A. DE C.V.	20	14	Incubadora de traslado.	2.8	Entendemos que la luz deberá ser blanca con interruptor de encendido en el panel de control de la incubadora para mayor ergonomía, ¿se acepta?	Id DEM: 6140, Respuesta: Se acepta ofertar que la luz sea blanca con interruptor de encendido en el panel de control de la incubadora, como opción para el numeral 2.8 Lámpara de luz de exploración o examinación, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1026	6141	VIASIS, S.A. DE C.V.	21	14	Incubadora de traslado.	4.4	Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con Filtro para Oxígeno.	Id DEM: 6141, Respuesta: Se precisa que la convocante se refiere a Filtro para Oxígeno como un consumible que permite

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1027	3526	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	37	14	Incubadora de traslado.	2.10	DICE: "CON CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 12 Vdc". PREGUNTA: ¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 12 A 28 Vdc. CON TRANSICIÓN AUTOMÁTICA? ¿ES ESTO CORRECTO?	depurar las partículas que pudieran estar dispersas en el elemento gaseoso, en este caso Oxígeno, que se hará pasar a través de él previo de ser suministrado al paciente, en relación al numeral 4.4 Filtro para oxígeno (dos (2) piezas), establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 3526, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10 Con conector para alimentación eléctrica de 12 Vdc, establecido en la presente convocatoria.
1028	3519	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	30	14	Incubadora de traslado.	2.3.1	DICE: "CON CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 30°C O MENOR A 38°C O MAYOR". PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER UN MEJOR CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE, ¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE DE 22°C A 37°C, CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA DE 37.1°C A 39°C? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3519, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Con control de temperatura del aire de 30°C o menor a 38°C o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1029	3520	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	31	14	Incubadora de traslado.	2.4	DICE: "MONITOREO DE PARÁMETROS". PREGUNTA: CON EL FIN DE contar con tecnología de punta, INCREMENTANDO LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LOS PARÁMETROS, ¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON MONITOREO, CONTROL Y DESPLIEGUE DIGITAL INDEPENDIENTE DE PARÁMETROS EN PANTALLA DIGITAL LCD A COLOR DE al menos 7", CON SISTEMA SENSIBLE AL TÁCTO? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3520, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas Médicas.
1030	3521	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	32	14	Incubadora de traslado.	2.4.2	DICE: "CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR O ENCENDIDO DEL EQUIPO". PREGUNTA: CON EL FIN DE contar con UNA MEJOR RESOLUCIÓN DEL PARÁMETRO, ¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON INDICADOR DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%, CON INCREMENTOS DEL 5%, CON INDICADOR GRÁFICO EN FORMA DE BARRA, E INDICADOR DE FORMA NUMÉRICA? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3521, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2 Indicador de la potencia o encendido del calefactor o encendido del equipo, establecido en la presente convocatoria.
1031	3522	DISTRIBUCIONES	33	14	Incubadora de traslado.	2.4.4	DICE: "CON INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA". PREGUNTA: ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3522, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2 Indicador de la potencia o encendido del calefactor o encendido del equipo, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		ANRO, S.A. DE C.V.			traslado.		SEGUN TECNOLOGIA", PREGUNTA: CON EL FIN DE CONTAR CON UN CORRECTO MONITOREO DEL SISTEMA, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERIA DE 0 A 100%, CON INCREMENTOS DEL 10%, INDICADOR GRAFICO EN FORMA DE BARRA, E INDICADOR DE FORMA NUMERICA? ¿ES ESTO CORRECTO?	requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.4 Indicador de nivel de carga de la batería según tecnología, establecido en la presente convocatoria.
1032	3523	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	34	14	Incubadora de traslado.	2.5.5	DICE: "TEMPERATURA ALTA DEL AIRE Y TEMPERATURA BAJA DEL AIRE", PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO", ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON ALARMA DE TEMPERATURA ALTA DEL AIRE Y TEMPERATURA BAJA DEL AIRE, LA CUAL PODRA PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 0.3°C A 1.5°C PARA SU ACTIVACION?, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3523, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5 Temperatura alta del aire y temperatura baja del aire, establecido en la presente convocatoria.
1033	3524	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	35	14	Incubadora de traslado.	2.5.8	DICE: "TEMPERATURA ALTA DE LA PIEL DEL PACIENTE Y TEMPERATURA BAJA DE LA PIEL DEL PACIENTE", PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO", ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON ALARMA DE TEMPERATURA ALTA DE LA PIEL DEL PACIENTE Y TEMPERATURA BAJA DE LA PIEL DEL PACIENTE, LA CUAL PODRA PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 0.3°C A 1.5°C PARA SU ACTIVACION?, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3524, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.8 Temperatura alta de la piel del paciente y temperatura baja de la piel del paciente, establecido en la presente convocatoria.
1034	3525	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	36	14	Incubadora de traslado.	2.9	DICE: "BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE AL MENOS 90 MINUTOS", PREGUNTA: CON EL FIN DE INCREMENTAR LA AUTONOMIA DEL EQUIPO EN LA ETAPA DE BATERIA, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE 200 MINUTOS? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3525, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9 Batería recargable con duración de al menos 90 minutos, establecido en la presente convocatoria.
1035	3527	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	38	14	Incubadora de traslado.	3.3	DICE: "POSTE PARA SOLUCIONES", SERA NECESARIO INCLUIR UN POSTE ADICIONAL EN LA PROPUESTA, ADEMAS DEL QUE YA LLEVA INSTALADO EL EQUIPO, O ES SOLO INFORMATIVO EL PUNTO, FAVOR DE ACLARAR??	Id DEM: 3527, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere sólo un poste o soporte para soluciones acorde a la descripción solicitada en el numeral 3.3 Poste o soporte para soluciones, en la cédula de descripción del artículo establecida en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1036	3528	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	39	14	Incubadora de traslado.	7.1.2	dice: "certificado de calidad iso-13485", PREGUNTA: Para asegurar la calidad del producto, ¿el certificado de calidad deberá estar emitido, para "gestión de diseño y Producción de INCUBADORA DE TRASLADO"? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3528, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.2 Certificado Calidad ISO-13485, para la partida 14 incubadora de traslado., se solicita que el licitante acredite que el bien a ofertar cuenta con el Certificado de Calidad ISO - 13485, sin que deba ser emitido para "Gestión de Diseño y Producción de INCUBADORA DE TRASLADO", favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 7.1.2 establecido en la presente convocatoria.
1037	3529	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	40	14	Incubadora de traslado.	7.2.1	dice: "certificado de buenas practicas de fabricacion expedido por la cofepris", PREGUNTA: Para asegurar la calidad del, ¿EL "CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION" BASADO EN LA "NOM-241-SSA1-2012" DEBERA incluir en la línea de producción o producto "INCUBADORA DE TRASLADO"? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3529, Respuesta: No es correcto, favor de atender a lo solicitado en la presente convocatoria en el numeral 2.4 donde se indica en el inciso 3) Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficina de certificación. Fecha de emisión. Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal. Alcance o clasificación. Vigencia y/o fecha de vencimiento.. Adicionalmente para el equipo Incubadora de traslado: 7.2 Para productos de origen nacional incluir: 7.2.1 Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. De acuerdo a lo establecido en la relación de documentos que debe presentar el licitante (Anexo 13).
1038	3515	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	26	14	Incubadora de traslado.	SIN PUNTO	¿EL LICITANTE PODRA OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS MENCIONADAS EN LA FICHA TECNICA SIN SER ESTO MOTIVO DE DESCALIFICACION Y aceptada previamente en la correspondiente Junta de Adaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cedula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	Id DEM: 3515, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Adaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cedula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.
1039	3516	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	27	14	Incubadora de traslado.	SIN PUNTO	CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE EL SISTEMA, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON ALARMA DE Falla de calefactor, QUE INDIQUE que el calefactor se encuentra desconectado o que la resistencia CALEFACTORA se encuentra INOPERABLE? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3516, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que confengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1040	3517	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	28	14	Incubadora de traslado.	SIN PUNTO	CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO, LA ALARMA DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA PODRÁ PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 0.3°C A 1.5°C PARA SU ACTIVACIÓN, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3517, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
1041	3518	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	29	14	Incubadora de traslado.	SIN PUNTO	CON EL FIN DE TENER UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA DEL SISTEMA ELECTRONICO, ¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON FUENTE CONMUTADA PARA ADECUACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA AL SISTEMA ELECTRONICO? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3518, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a lo establecido en la presente convocatoria.
1042	6062	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	23	15	Incubadora para recién nacido.	2.1.5	¿Se solicita a la convocante que el rango máximo sea de 70% de oxigenación para una mejor respuesta en el recién nacido, se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6062, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5 Sistema de servocontrol de la concentración de oxígeno que cubra el rango de 21% a 60% o mayor con incrementos de 1%, establecido en la cédula de descripción del artículo. Sin embargo, se acepta ofertar rango máximo sea de 70% de oxigenación, como opción para el punto 2.1.5, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1043	6142	VIASIS, S.A. DE C.V.	22	15	Incubadora para recién nacido.	2.2.11	Entendemos que el registro se refiere a visualizar las tendencias del peso de manera gráfica y tabular con la fecha y hora de cada medición para evaluar la tasa de crecimiento del neonato, ¿es correcto?	Id DEM: 6142, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.11 Registro del peso del paciente., establecido en la presente convocatoria.
1044	6143	VIASIS, S.A. DE C.V.	23	15	Incubadora para recién nacido.	2.2.12	Se deberá entender que se requiere de una pantalla táctil TFT-LCD a color de al menos 8.5" pulgadas para mejor reconocimiento de los parámetros desplegados y programados ¿es correcto?	Id DEM: 6143, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
1045	6144	VIASIS, S.A. DE C.V.	24	15	Incubadora para recién nacido.	2.2.12	Para una mejor configuración del usuario en el acomodo del panel de despliegue, que sea desmontable ajustable en altura para su colocación ¿se acepta?	Id DEM: 6144, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
1046	6065	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	26	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.1	¿Se solicita a la convocante que la incubadora pueda tener monitoreo de respiración, saturación de oxígeno y presión no de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.1 Con invasiva interconstruida al panel de control digital(display) debido a soporte para monitor de signos vitales, establecido en la cédula de descripción del artículo. Sin embargo, se acepta que los pacientes que se colocan en estos dispositivos requieren cédula de descripción del artículo. Sin embargo, se acepta monitoreo básico para conocer el estatus de salud del mismo, así como disminuir accesorios externos al dispositivo; se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6065, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.1 Con invasiva interconstruida al panel de control digital(display) debido a soporte para monitor de signos vitales, establecido en la cédula de descripción del artículo. Sin embargo, se acepta monitoreo de respiración, saturación de oxígeno y presión no invasiva interconstruida al panel de control digital(display), como opción para el punto 2.4.1, sin ser

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1047	6148	VIASIS, S.A. DE C.V.	28	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.13	Para reducir el constante riesgo de stress al que son sometidos los neonatos, entendemos que la charola para placa radiográfica, deberá poder se extraída y manipulada sin necesidad de comprometer el microambiente generado mediante la apertura de las puertas de acceso. ¿Es correcto?	obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6148, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.13 Con charola integrada al equipo para toma de rayos X., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.13 establecido en la presente convocatoria.
1048	6063	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	24	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.14	¿Se solicita a la convocante que la manipulación del sistema de inclinación sea totalmente electrónico (no manual interior y exterior del capote) desde el panel de control para precisión y manejo más adecuado, se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6063, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.14 Con ajuste continuo de inclinación para proporcionar al neonato posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, con un ángulo de inclinación de al menos 12 grados, establecido en la cédula de descripción del artículo. Sin embargo, se acepta ofertar sistema de inclinación sea totalmente electrónico (no manual interior y exterior del capote) desde el panel de control para precisión y manejo más adecuado, como opción para el punto 2.4.14, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1049	6149	VIASIS, S.A. DE C.V.	29	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.14	Para un mejor cuidado del paciente, que el control de inclinación, sea externo al microambiente generado, para no comprometer la termorregulación mediante la apertura de las puertas de acceso. ¿se acepta?	Id DEM: 6149, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.14 Con ajuste continuo de inclinación para proporcionar al neonato posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, con un ángulo de inclinación de al menos 12 grados., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.14 establecido en la presente convocatoria.
1050	6150	VIASIS, S.A. DE C.V.	30	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.14	Para disminuir el estrés del recién nacido, deberemos ofertar un sistema de inclinación mecánico y silencioso, para evitar el ruido causado por Emisiones Electromagnéticas (EMC) en sistemas eléctricos de inclinación de base de colchón ¿se acepta?	Id DEM: 6150, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.14 Con ajuste continuo de inclinación para proporcionar al neonato posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, con un ángulo de inclinación de al menos 12 grados., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1051	6155	VIASIS, S.A. DE C.V.	35	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.14	Para disminuir el estrés del recién nacido, deberemos ofertar un sistema de inclinación mecánico y silencioso, para evitar el ruido causado por Emisiones Electromagnéticas (EMC) en sistemas electrónicos de inclinación de base de colchón. ¿se acepta?	acepta ofertar un sistema de inclinación mecánico y silencioso, para evitar el ruido causado por Emisiones Electromagnéticas (EMC) en sistemas electrónicos de inclinación de base de colchón, como opción para el 2.4.14, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1052	6151	VIASIS, S.A. DE C.V.	31	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.16	Solicitamos a la convocante nos aclare si el equipo ofertado deberá desplegar un mensaje en pantalla indicando la necesidad del cambio de filtro de aire, ¿se acepta?	Id DEM: 6151, Respuesta: No es correcta su apreciación, se precisa que lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.16 Filtro de aire., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se acepta ofertar desplegar un mensaje en pantalla indicando la necesidad del cambio de filtro de aire, como opción para el numeral 2.4.16 establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1053	6156	VIASIS, S.A. DE C.V.	36	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.16	Solicitamos a la convocante nos aclare si el equipo ofertado deberá desplegar un mensaje en pantalla indicando la necesidad del cambio de filtro de aire, ¿se acepta?	Id DEM: 6156, Respuesta: No es correcta su apreciación, se precisa que lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.16 Filtro de aire., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se acepta ofertar desplegar un mensaje en pantalla indicando la necesidad del cambio de filtro de aire, como opción para el numeral 2.4.16 establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1054	6064	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	25	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.17	¿Se solicita a la convocante que el nivel máximo sea 40 decibeles (dba) debido a los protocolos de bajo ruido generado en las unidades de cuidado intensivo neonatal, se acepta nuestra propuesta?	en la presente convocatoria., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6064, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.17 Nivel de ruido en el interior del capote menor o igual a 50 dba., establecido en la cédula de descripción del artículo. Sin embargo, se acepta ofertar que el nivel máximo sea 40 decibeles (dba), como opción para el punto 2.4.17, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1055	6152	VIASIS, S.A. DE C.V.	32	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.17	Se ha demostrado que altos niveles de ruido dentro de las incubadoras son un riesgo potencial para el neonato, inclusive puede llevar a daño auditivo irreversible por lo que para evitar esta posibilidad deberemos ofertar un equipo con un nivel sonoro menor a 45 Decibeles (dba) en el interior del capote, y aunado a ello estaría cumpliendo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, En donde establece que el nivel de ruido ambiental en UCIN no deberá exceder los 45 decibeles de manera continua ¿se acepta?	Id DEM: 6152, Respuesta: Se acepta ofertar un nivel sonoro menor a 45 Decibeles (dba), como opción para el punto 2.4.17 Nivel de ruido en el interior del capote menor o igual a 50 dba., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1056	6157	VIASIS, S.A. DE C.V.	37	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.17	Se ha demostrado que altos niveles de ruido dentro de las incubadoras son un riesgo potencial para el neonato, inclusive puede llevar a daño auditivo irreversible por lo que para evitar esta posibilidad deberemos ofertar un equipo con un nivel sonoro menor a 45 Decibeles (dba) en el interior del capote, y aunado a ello estaría cumpliendo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, En donde establece que el nivel de ruido ambiental en UCIN no deberá exceder los 45 decibeles de manera continua ¿se acepta?	Id DEM: 6157, Respuesta: Se acepta ofertar un nivel sonoro menor a 45 Decibeles (dba), como opción para el punto 2.4.17 Nivel de ruido en el interior del capote menor o igual a 50 dba., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1057	6145	VIASIS, S.A. DE C.V.	25	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.3	Entendemos que, para accionar el ajuste de altura de funcionamiento eléctrico solicitado, el equipo deberá contar con pedales localizados en ambos lados del equipo, ¿es correcto?	Id DEM: 6145, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.3 Con ajuste de altura variable de funcionamiento eléctrico., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.3 establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1058	6146	VIASIS, S.A. DE C.V.	26	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.3	Para que el equipo se pueda ajustar al personal médico y adaptarse de manera ergonómica, entendemos que el desplazamiento vertical para ajustar la altura será de hasta 40 cms, ¿es correcto?	Id DEM: 6146, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.3 Con ajuste de altura variable de funcionamiento eléctrico., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.3 establecido en la presente convocatoria.
1059	6503	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	23	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.4	Para la operación de este equipo, los accesorios y consumibles e incluso el instrumental, poseen características diversas tanto en tamaño como en tipo de uso, como es el caso de los sensores de temperatura de piel, sensor de oxígeno, parches adheribles, mangas para portillos, filtros de aire, filtro de oxígeno y demás consumibles, siendo en la práctica, para el personal médico y de enfermería y en beneficio del neonato, de mayor utilidad conservarlos ordenados y accesibles, por lo que se sugiere que la característica mínima para este equipo sea que cuente con al menos dos cajones.	Id DEM: 6503, Respuesta: No se acepta su sugerencia. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.4 Con al menos una puerta o cajón., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.4 establecido en la presente convocatoria.
1060	6066	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	27	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.5	¿Se solicita a la convocante que el capote se remueve solo en su parte superior para limpieza y colocación de una lámpara quirúrgica o un calentador térmico; se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6066, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.4.5 Capacete transparente y 2.4.9 Capacete desmontable o removible para su limpieza, establecidos en la cédula de descripción del artículo. Sin embargo, se acepta ofertar que el capote se remueve solo en su parte superior para limpieza y colocación de una lámpara quirúrgica o un calentador térmico, como opción para el punto 2.4.5, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1061	6147	VIASIS, S.A. DE C.V.	27	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.7	Para reducir el constante riesgo de stress a que son sometidos los neonatos, entendemos que el equipo solicitado deberá contar con un sistema que evite el choque de las puertas laterales y golpearse con el gabinete al abatirlas, esto para no repercutir en la estabilidad del neonato, ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6147, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.7 Dos puertas de acceso con cortina de aire., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.7 establecido en la presente convocatoria.
1062	5886	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	7	15	Incubadora para recién nacido.	2.5.1	Dado que las grandes variaciones en el suministro de oxígeno al interior del capote y en la saturación de oxígeno presente en el infante pueden incrementar de manera importante el riesgo de	Id DEM: 5886, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1063	6153	VIASIS, S.A. DE C.V.	33	15	Incubadora para recién nacido.	2.5.1	relinopatia, consideramos fundamental que el sistema de servocontrol de oxigeno sea capaz de medir y desplegar en el panel de control el valor de la saturación de oxigeno de manera permanente además de la concentración de oxigeno servocontroladoa medida y programada ¿Es esto correcto?	numeral 2.5.1 Interconstruido con depósito de agua, esterilizable y removible, en referencia la numeral 2.5 HUMIDIFICADOR.; por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1 establecido en la presente convocatoria.
							Entendemos que para garantizar la seguridad e higiene del humidificador Se refiere a que la cámara de humidificación y el depósito de agua deberán ser removibles y lavables, para su esterilización o desinfección, evitando el posible crecimiento de hongos y bacterias ¿es correcto?	Id DEM: 6153, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.1 Interconstruido con depósito de agua, esterilizable y removible, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se acepta ofertar que la cámara de humidificación y el depósito de agua del humidificador sean removibles del equipo para su desinfección o esterilización como opción para los puntos 2.5 Humidificador y 2.5.1 Interconstruido con depósito de agua, esterilizable y removible, establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1064	6158	VIASIS, S.A. DE C.V.	38	15	Incubadora para recién nacido.	2.5.1	Entendemos que para garantizar la seguridad e higiene del humidificador Se refiere a que la cámara de humidificación y el depósito de agua deberán ser removibles y lavables, para su esterilización o desinfección, evitando el posible crecimiento de hongos y bacterias ¿es correcto?	Id DEM: 6158, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.1 Interconstruido con depósito de agua, esterilizable y removible. Se acepta ofertar que la cámara de humidificación y el depósito de agua del humidificador sean removibles del equipo para su desinfección o esterilización como opción para los puntos 2.5 Humidificador y 2.5.1 Interconstruido con depósito de agua, esterilizable y removible, establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1065	6154	VIASIS, S.A. DE C.V.	34	15	Incubadora para recién nacido.	2.6.3	Con la finalidad de una medición más precisa y un mejor cuidado al recién nacido, entendemos que la báscula interconstruida deberá tener resolución de 1 gramo o menor. ¿Es correcto?	Id DEM: 6154, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.6.3 Resolución de 10 gramos o menor, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se acepta ofertar que la báscula interconstruida tenga resolución de 1 gramo o menor como opción para el numeral 2.6.3 establecido en la presente

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1066	6159	VIASIS, S.A. DE C.V.	39	15	Incubadora para recién nacido.	2.6.3	Con la finalidad de una medición más precisa y un mejor cuidado al recién nacido, entendemos que la báscula interconstruida deberá tener resolución de 1 gramo o menor. ¿Es correcto?	convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6159, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.6.3 Resolución de 10 gramos o menor, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se acepta ofertar que la báscula interconstruida tenga resolución de 1 gramo o menor como opción para el numeral 2.6.3 establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1067	6504	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	24	15	Incubadora para recién nacido.	4.4	Solicitamos a la convocante, de la manera más amable, aclare si el punto citado aplica únicamente a aquella tecnología que requiere de filtros de oxígeno externos al equipo, ya que actualmente existen tecnologías que cuentan con un filtro interno al equipo y no requieren estos consumibles. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6504, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 4.4 Filtro de oxígeno (2 piezas). Se acepta ofertar tecnologías que cuentan con un filtro interno al equipo y no requieren estos consumibles, como opción para el numeral 4.4 establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1068	6505	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	25	15	Incubadora para recién nacido.	4.4	Actualmente, la tecnología prescinde de filtros de oxígeno externos dado que cuentan con filtros de oxígeno interconstruidos al equipo, que evitan con mayor precisión el paso de partículas nocivas para el paciente, además de quitar el gasto que representan los filtros de oxígeno desechables, por lo que siendo esta última tecnología obsoleta, se sugiere a la convocante que para el citado numeral se requieran filtros de oxígeno interconstruidos.	Id DEM: 6505, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 4.4 Filtro de oxígeno (2 piezas). Se acepta ofertar filtros de oxígeno interconstruidos, como opción para el numeral 4.4 establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1069	5888	LINK GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	9	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.12, 2.4.13	Creemos que existe un error y que debería decir 2.4.12 "Base del colchón radiotransparente" y 2.4.13 "Con charola deslizable integrada al equipo para toma de rayos X" en virtud de que la charola para el cartucho o cassette de rayos x es la que se debe deslizar para la colocación de este.	Id DEM: 5888, Respuesta: No es correcta su apreciación, el licitante deberá ofertar y referenciar la descripción solicitada en los numerales 2.4.12 Base deslizable del colchón radiotransparente y 2.4.13 Con charola integrada al equipo para toma de rayos X, de la cédula de descripción del artículo establecida en la presente convocatoria. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.4.12 y 2.4.13.
1070	5887	LINK GRUPO EMPRESARIAL,	8	15	Incubadora para recién nacido.	2.6, 2.6.1	Se solicita se elimine la opción de que la báscula sea integrada al equipo en virtud de que los pacientes en estado crítico no deben atender a la descripción solicitada en los numerales 2.6	Id DEM: 5887, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.6

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.					ser manipulados para colocarse sobre una báscula que se integre al equipo, porque toda manipulación implica un riesgo para ellos.	Báscula y 2.6.1 Electrónica neonatal interconstruida o integrada, de la cédula de descripción del artículo establecida en la presente convocatoria.
1071	3534	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	45	15	Incubadora para recién nacido.	2.2	DICE: "MONITOREO DE PARAMETROS." PREGUNTA: CON EL FIN DE contar con tecnología de punta, INCREMENTANDO LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LOS PARAMETROS, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON MONITOREO, CONTROL Y DESPLIEGUE DIGITAL INDEPENDIENTE DE PARAMETROS EN PANTALLA DIGITAL LCD A COLOR DE al menos 7", CON SISTEMA SENSIBLE AL TACTO? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3534, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
1072	3535	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	46	15	Incubadora para recién nacido.	2.2.8	DICE: "INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR", PREGUNTA: CON EL FIN DE INCREMENTAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD DEL PARAMETRO, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON INDICADOR DE LA potencia de forma grafica en barra de 20 segmentos que equivalen al 5% 10%, 15% ... hasta el 100% .y de forma numérica de 0% a 100%? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3535, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.2.8 Con indicador de la potencia o encendido del calefactor, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 establecido en la presente convocatoria.
1073	3536	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	47	15	Incubadora para recién nacido.	2.3.2	DICE: "TEMPERATURA BAJA DEL AIRE Y TEMPERATURA ALTA DEL AIRE", PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON ALARMA DE TEMPERATURA BAJA DEL AIRE Y TEMPERATURA ALTA DEL AIRE, LA CUAL PODRA PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 0.3°C A 1.5°C PARA SU ACTIVACION?, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3536, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.2 Temperatura baja del aire y temperatura alta del aire en referencia al numeral 2.3 Alarmas, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 establecido en la presente convocatoria.
1074	3537	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	48	15	Incubadora para recién nacido.	2.3.3	DICE: "TEMPERATURA BAJA DE LA PIEL DEL PACIENTE Y TEMPERATURA ALTA DE LA PIEL DEL PACIENTE" PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON ALARMA DE TEMPERATURA BAJA DE LA PIEL DEL PACIENTE Y TEMPERATURA ALTA DE LA PIEL DEL PACIENTE, LA CUAL PODRA PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 0.3°C A 1.5°C PARA SU ACTIVACION?, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3537, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.3 Temperatura baja y alta de la piel del paciente, en referencia al numeral 2.3 Alarmas, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.3 establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1075	3538	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	49	15	Incubadora para recién nacido.	2.3.4	DICE: "FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD O DESVIACION EN EL RANGO DE HUMEDAD". PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON ALARMA DE FALTA DE AGUA, FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD Y DESVIACION EN EL RANGO DE HUMEDAD, LA CUAL PODRA PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 5% A 15% PARA SU ACTIVACION?, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3538, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.4 Falta de agua y falla en el control de humedad o desviación en el rango de humedad., en referencia al numeral 2.3 Alarmas., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.4 establecido en la presente convocatoria.
1076	3539	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	50	15	Incubadora para recién nacido.	2.3.6	DICE: "CONCENTRACION ALTA DE OXIGENO Y CONCENTRACION BAJA DE OXIGENO", PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON ALARMA DE CONCENTRACION ALTA DE OXIGENO Y CONCENTRACION BAJA DE OXIGENO, LA CUAL PODRA PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 1% A 10% PARA SU ACTIVACION?, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3539, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.6 Concentración alta y baja de oxígeno., en referencia al numeral 2.3 Alarmas., por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6 establecido en la presente convocatoria.
1077	3540	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	51	15	Incubadora para recién nacido.	2.4.5	DICE: "CAPACETE TRANSPARENTE", POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SE ACEPTA OFERTAR INCUBADORA CON CAPACETE TRANSPARENTE DESMONTABLE PARA SU FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERIOR, CON SEGURO DE POSICION, ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3540, Respuesta: Es correcto, se acepta ofertar capacete transparente desmontable para su fácil limpieza y desinfección interior, con seguro de posición como opción para el punto 2.4.5 Capacete transparente, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1078	3542	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	53	15	Incubadora para recién nacido.	3.3	DICE: "SENSOR DE OXIGENO", SERA NECESARIO INCLUIR OTRO SENSOR DE OXIGENO EN LA PROPUESTA, ADEMAS DEL QUE YA LLEVA INSTALADO EL EQUIPO, O ES SOLO INFORMATIVO EL PUNTO, FAVOR DE ACLARAR??	Id DEM: 3542, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere sólo un sensor de oxígeno con el equipo a ofertar para el numeral 3.3 Sensor de oxígeno de la cédula de descripción del artículo establecida en la presente convocatoria.
1079	3541	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	52	15	Incubadora para recién nacido.	3.2	DICE: "POSTE PARA SOLUCIONES", SERA NECESARIO INCLUIR UN POSTE ADICIONAL PARA SOLUCIONES EN LA PROPUESTA, ADEMAS DEL QUE YA LLEVA INSTALADO EL EQUIPO, O ES SOLO INFORMATIVO EL PUNTO, FAVOR DE ACLARAR??	Id DEM: 3541, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere sólo un poste o soporte para soluciones acorde a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Poste o soporte para soluciones, de la cédula de descripción del artículo establecida en la presente convocatoria.
1080	3543	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	54	15	Incubadora para recién nacido.	7.1.2	dice: "certificado de calidad iso-13485", PREGUNTA: Para asegurar la calidad del producto, ¿el certificado de calidad deberá estar emitido, para "gestion de diseño y Producción de INCUBADORA ESTACIONARIA"? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3543, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.2 Certificado Calidad ISO-13485, para la partida 15 Incubadora para recién nacido, se solicita que el licitante acredite que el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1081	3544	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	55	15	Incubadora para recién nacido.	7.2.1	dice: "certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la coepris", PREGUNTA: Para asegurar la calidad del, ¿EL "CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION" BASADO EN LA "NOM-241-SSA1-2012" DEBERA incluir en la línea de producción o producto "INCUBADORA ESTACIONARIA"? ¿ES ESTO CORRECTO?	bien a ofertar cuenta con el Certificado de Calidad ISO - 13485, sin que deba ser emitido para "Gestión de Diseño y Producción de INCUBADORA ESTACIONARIA", favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 7.1.2 establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 3544, Respuesta: No es correcto, favor de atender a lo solicitado en la presente convocatoria en el numeral 2.4 donde se indica en el inciso 3) Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficina de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. Adicionalmente para el equipo Incubadora para recién nacido: 7.2 Para productos de origen nacional incluir: 7.2.1 Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. De acuerdo a lo establecido en la relación de documentos que debe presentar el licitante (Anexo 13).
1082	3530	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	41	15	Incubadora para recién nacido.	SIN PUNTO	¿EL LICITANTE PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS MENCIONADAS EN LA FICHA TECNICA SIN SER ESTO MOTIVO DE DESCALIFICACION Y TOMANDOSE EN CUENTA PARA LA EVALUACION? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3530, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.
1083	3531	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	42	15	Incubadora para recién nacido.	SIN PUNTO	CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE EL SISTEMA, ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON ALARMA DE Falla de calefactor, QUE INDIQUE que el calefactor se encuentra desconectado o que la resistencia CALEFACTORA se encuentra INOPERABLE? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3531, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1084	3532	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	43	15	Incubadora para recién nacido.	SIN PUNTO	CON EL FIN DE TENER UN MEJOR MONITOREO SOBRE LA SALUD DEL NEONATO, LA ALARMA DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA PODRA PROGRAMARSE POR EL USUARIO DESDE 0.3°C A 1.5°C PARA SU ACTIVACION, ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3532, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1085	3533	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	44	15	Incubadora para recién nacido.	SIN PUNTO	CORRECTO? CON EL FIN DE TENER UNA ALIMENTACION ADECUADA DEL SISTEMA ELECTRONICO. ¿EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON FUENTE CONMUTADA PARA ADECUACION DEL VOLTAJE DE SALIDA AL SISTEMA ELECTRONICO? ¿ES ESTO CORRECTO?	Id DEM: 3533. Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
1086	5403	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	95	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.1.2.3	Debido a que los diferentes equipos de las casas comerciales tienen rangos diferentes, solicitamos a la convocante establezca una medida más menos el 5% para cumplimiento de todos estos rangos, siempre y cuando el equipo por seguridad cuente con certificaciones tales como FDA, ISO 13485 e ISO 9001, lo que garantiza el óptimo funcionamiento del equipo trabajando con un paciente. ¿Se acepta?	Id DEM: 5403. Respuesta: No se acepta su solicitud ya que lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.1.2.3 Control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura de la piel del paciente no menor a 34°C hasta 38°C. Se acepta ofertar un más menos el 5% para cumplimiento de todos estos rangos, siempre y cuando el equipo por seguridad cuente con certificaciones tales como FDA, ISO 13485 e ISO 9001, como opción para el 2.1.2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1087	5404	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	96	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.1.2.7	Debido a que los diferentes equipos de las casas comerciales tienen rangos diferentes, solicitamos a la convocante establezca una medida más menos el 10% para cumplimiento de todos estos rangos, siempre y cuando el equipo por seguridad cuente con certificaciones tales como FDA, ISO 13485 e ISO 9001, lo que garantiza el óptimo funcionamiento del equipo trabajando con un paciente. ¿Se acepta?	Id DEM: 5404. Respuesta: No se acepta su solicitud, ya que lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.1.2.7 2.1.2.7 Sistema de humidificación con servocontrol de la humedad relativa de 30% hasta 95% con incrementos no mayores a 5%. Se acepta ofertar un más menos el 10% para cumplimiento de todos estos rangos, siempre y cuando el equipo por seguridad cuente con certificaciones tales como FDA, ISO 13485 e ISO 9001, como opción para el 2.1.2.7, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1088	5405	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	97	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.2.1.1	Entendemos que este monitoreo de los parámetros del paciente, así como el control del equipo completo, debe estar en un panel a color con tecnología táctil, centralizado dentro del equipo, es decir, con fácil acceso desde cualquier lado de la cuna, permitiendo tener otros equipos tales como, ventilador, monitor, bombas de infusión, etc. Esto con el fin de que el personal médico tenga la facilidad de operar el equipo desde cualquier lado de la cuna. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5405. Respuesta: No es correcto, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.1 Pantalla en color o monocromática LCD de 6 pulgadas o mayor. Favor de atender a la descripción solicitada establecida en la cédula de descripción del artículo.
1089	5406	GE SISTEMAS	98	16	Incubadora para recién nacido.	2.2.1.8	Ya que las tendencias son de suma importancia para el avance y	Id DEM: 5406. Respuesta: No se acepta su solicitud, ya que

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			recién nacido/cuna de calor radiante.		seguimiento clínico de un paciente, solicitamos a la convocante que el equipo a ofertar cuente con tendencias gráficas y numéricas de 72 horas o mayor. Lo que permitirá al personal médico obtener los parámetros con solo acceder a el menú de la cuna. ¿Se acepta?	lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.2.1.8 Despliegue de tendencias gráficas de al menos 24 horas, de los siguientes parámetros. Se acepta ofertar equipo que cuente con tendencias gráficas y numéricas de 72 horas o mayor, como opción para el punto 2.2.1.8, de los siguientes parámetros, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1090	5407	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	99	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.3.12	Debido a que el equipo se encontrará en una unidad de cuidados intensivos solicitamos a la convocante se oferte sistema de apagado de alarmas el cual prevenga el contagio de enfermedades por medio de un sistema de apagado de alarma con manos libres, lo que previene el contagio por infecciones cruzadas al momento de tomar equipo que pudiera estar contaminado por falta de limpieza. ¿Se acepta?	Id DEM: 5407, Respuesta: Se acepta ofertar un sistema de apagado de alarmas el cual prevenga el contagio de enfermedades por medio de un sistema de apagado de alarma con manos libres, como opción para el punto 2.3.12. Silenciador temporal de alarmas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1091	5408	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	100	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.6	Entendemos que, para dar cumplimiento a este punto, el equipo a ofertar deberá tener un reservorio para el agua del humidificador, esto en la parte frontal del equipo para que sea una fácil visualización para enfermería y estar al tanto del llenado del mismo. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5408, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.6 Humidificador, 2.6.1 Interconstruido y esterilizable, y 2.6.2 Que funcione por ebullición, establecidos en la cédula de descripción del artículo.
1092	5409	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	101	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.8	Entendemos que para dar cumplimiento a este punto el equipo a ofertar debe contar con una base del colchón deslizable y que además gire 360°, para una manipulación del neonato más sencilla en caso de alguna entubación o examinación de cuerpo completo, esto sin manipular al recién nacido y causar estrés por manipulación como lo indica el artículo "Procedimiento de Mínima manipulación en el Neonato" en una publicación de la Revista Americana de Enfermería. ¿Se acepta?	Id DEM: 5409, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8 Colchón por difusor de presión, radiotransparente con cubierta lavable e impermeable, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1093	3594	DRÁGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	6	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	3.1	PREGUNTA: Con el fin de cubrir la vida útil de los dos sensores de temperatura cutáneos reusables que la convocante solicita, proponemos que si la estancia hospitalaria promedio de un paciente es de 12-14 días, y la vida promedio de un sensor reusable es de 6 a 8 meses, solicitamos a la convocante nos permita compensar esta necesidad con 60 sensores desechables, que además el uso de sensores desechables previene infecciones nosocomiales, las cuales tienen como consecuencia una estancia	Id DEM: 3594, Respuesta: Se acepta ofertar 60 sensores de temperatura cutáneos desechables como opción en el punto 3.1 Dos (2) sensores de temperatura cutáneos reusables, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esa manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1094	3595	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	7	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	4.3	hospitalaria más amplia de un paciente y por lo mismo un costo extra a la institución. ¿Se acepta? PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un filtro de oxígeno interconstruido, el cual requiere del cambio solo en los mantenimientos preventivos cada seis meses, disminuyendo así los costos y haciendo eficaz el uso de los recursos incluidos. ¿Se acepta?	Id DEM: 3595, Respuesta: Se acepta ofertar un filtro de oxígeno interconstruido, el cual requiere del cambio solo en los mantenimientos preventivos cada seis meses, como opción en el punto 4.3. Filtro para oxígeno (dos [2] piezas), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1095	6160	VIASIS, S.A. DE C.V.	40	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	1.1	¿Se refiere a que se deberá ofertar un sólo equipo que ofrezca tanto modo de funcionamiento de incubadora como modo de funcionamiento de cuna de calor radiante, es correcto?	Id DEM: 6160, Respuesta: Es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo que en el numeral 1.1 Equipo de funcionamiento dual con posibilidad de usarse como incubadora y cuna de calor radiante, con control de la temperatura, oxigenación y humedad del aire, así como de la temperatura de la piel del paciente, con báscula electrónica que permita el peso del paciente en el interior del equipo. No omito comentarle que acorde al Instructivo de llenado del Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados de la presente convocatoria, donde se menciona lo siguiente: ... "12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse."
1096	6161	VIASIS, S.A. DE C.V.	41	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.1.2.5	¿Se refiere a que la programación de temperatura de aire y temperatura de piel será en pasos de 0.1°C, es correcto?	Id DEM: 6161, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere una resolución mínima de 0.1°C para el ajuste de temperatura de aire y para el ajuste de temperatura de la piel del paciente, para el numeral 2.1.2.5 Resolución mínima de 0.1°C establecido en la cédula de descripción del artículo.
1097	6162	VIASIS, S.A. DE C.V.	42	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.1.2.7	Nuestra tecnología ofrece un sistema servocontrolado para el suministro de Humedad Relativa de 40% a 95% con incrementos del 1%, garantizando así una gran precisión y desempeño. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar nuestra tecnología considerando que el equipo está diseñado para pacientes recién nacidos o prematuros que requiere de un microambiente con humedad relativa considerable para mantener condiciones de termorregulación que lo ayude a que sus órganos se desarrollen, ¿se acepta?	Id DEM: 6162, Respuesta: Se acepta ofertar un sistema servocontrolado para el suministro de Humedad Relativa de 40% a 95% con incrementos del 1%, garantizando así una gran precisión y desempeño, como opción para el punto 2.1.2.7 Sistema de humidificación con servocontrol de la humedad relativa de 30% hasta 95% con incrementos no mayores a 5%, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1098	6163	VIASIS, S.A. DE C.V.	43	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.1.4.1	Para que la convocante cuente con un equipo con sistemas de seguridad para el paciente neonatal, entendemos que el equipo deberá contar con una alarma que detecte algún obstáculo (monitor de signos vitales, pedestales, lámparas, cables, etc.) durante el cambio de modo incubadora a modo cuna de calor radiante y viceversa, ¿es correcto?	Id DEM: 6163, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.4.1 Con control de pie o manual para pasar de forma automática de incubadora a cuna de calor radiante y viceversa, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1099	6164	VIASIS, S.A. DE C.V.	44	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.2.1.4, 2.2.1.9	Con objeto de referenciar los puntos solicitados entendemos que la temperatura del paciente se refiere a la temperatura de piel o cutánea y la temperatura periférica, por lo tanto tendríamos que ofertar tendencias gráficas de al menos 24 horas o mayor de las dos temperaturas del paciente, ¿es correcto?	Id DEM: 6164, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere despliegue de tendencias gráficas de al menos 24 horas de la medición simultánea de dos temperaturas de la piel del paciente, para los numerales 2.1.4 Posibilidad de medición simultánea de dos temperaturas de la piel del paciente y 2.2.1.9 Temperatura del aire, temperatura del paciente, peso del paciente, humedad relativa y concentración de oxígeno, establecidos en la cédula de descripción del artículo.
1100	6165	VIASIS, S.A. DE C.V.	45	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.2.2.6	Creemos que existe un error con respecto al despliegue de tendencias de los parámetros de temperatura del aire, humedad relativa y concentración de oxígeno que solicitan. En un ambiente abierto o en modo cuna de calor radiante es imposible tener el control de los parámetros descritos; por lo anterior solicitamos a la convocante se consideren reemplazarlos con parámetros que apliquen al modo cuna térmica, tales como: temperatura de paciente, temperatura periférica y potencia del calefactor, ¿se acepta?	Id DEM: 6165, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.2.5 Despliegue de tendencias gráficas de al menos 24 horas o mayor, de los siguientes parámetros: y 2.2.2.6 Temperatura del aire, temperatura del paciente, peso del paciente, humedad relativa y concentración de oxígeno establecido en la cédula de descripción del artículo. Se acepta ofertar parámetros que apliquen al modo cuna térmica, tales como: temperatura de paciente, temperatura periférica y potencia del calefactor, como opción para el punto 2.2.2.6, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1101	6166	VIASIS, S.A. DE C.V.	46	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.2.3.1	Al solicitar el cronómetro APOGAR, entendemos que el equipo ofertado deberá contar también con un temporizador para procedimientos de Resucitación Cardio Pulmonar, que auxilie al personal médico a ejecutar una maniobra cuando el paciente caiga en paro, ¿se acepta?	Id DEM: 6166, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3.1.2.2.3.1 Cronómetro APOGAR, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1102	6167	VIASIS, S.A. DE C.V.	47	16	Incubadora para recién nacido.	2.4, 2.4.1	Solicitamos a la convocante considere adquirir equipos de tecnología nueva que les garantice un tiempo de vida más largo y convocante se encuentre debidamente descrito en la cédula	Id DEM: 6167, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1103	6172	VIASIS, S.A. DE C.V.	52	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.5.10	refacciones disponibles. El hecho de solicitar un equipo con pantalla monocromática se corre el riesgo que en un corto lapso ya no se encuentre disponible en el mercado porque es una tecnología que ya es obsoleta o en proceso de desaparecer; por lo anterior, la pantalla que deberemos ofertar será una pantalla a color LCD de 6 pulgadas o mayor con tecnología de tacto, ¿es correcto?	de descripción del artículo. Se acepta ofertar será una pantalla monocromática a color LCD de 6 pulgadas o mayor con tecnología de tacto, como opción para el punto 2.4.1 Pantalla en color o monocromática LCD de 6 pulgadas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1104	6173	VIASIS, S.A. DE C.V.	53	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.5.11	Para reducir el stress al recién nacido entendemos que el ajuste continuo de inclinación será sin necesidad de abrir el capace o panel lateral del equipo, ¿es correcto?	Id DEM: 6172, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar un equipo que para tomar una placa de rayos x, no sea necesario abrir el capace o cubierta, como opción para el punto 2.5.10 Base de colchón radiotransparente con charola integrada al equipo para toma de rayos X, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1105	6174	VIASIS, S.A. DE C.V.	54	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.5.12	Para garantizar un microambiente lo más limpio posible entendemos que el equipo deberá contar con un filtro de aire, el cual el personal médico pueda verificar su estado mediante una mirilla y así poderlo mantener o reemplazar, lo anterior para garantizar que el microambiente donde se encuentra el paciente, está libre de impurezas del aire ambiente, ¿es correcto?	Id DEM: 6173, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar un equipo que cumpla con la descripción solicitada en el numeral 2.5.11 Con ajuste continuo de inclinación para proporcionar al neonato posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso con un ángulo de inclinación de al menos 12 grados, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1106	6175	VIASIS, S.A. DE C.V.	55	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.5.13	Para ofertar un equipo con una gran ergonomía y gran capacidad de duración entendemos que la lámpara de examen solicitada será de tecnología LED luz blanca con intensidad ajustable y vida útil mayor a 10,000 hrs de uso, ¿se acepta?	Id DEM: 6174, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar filtro de aire, el cual el personal médico pueda verificar su estado mediante una mirilla, como opción para el punto 2.5.12 Filtro de aire, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							Para ofertar un equipo con una gran ergonomía y gran capacidad de duración entendemos que la lámpara de examen solicitada será de tecnología LED luz blanca con intensidad ajustable y vida útil mayor a 10,000 hrs de uso como opción para el punto 2.5.13 Lámpara o luz de examen, exploración u observación, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1107	6168	VIASIS, S.A. DE C.V.	48	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.5.2	Para garantizar que el equipo se mantenga fijo y que elimine la posibilidad de cualquier movimiento inadecuado del equipo durante los procedimientos ya sea quirúrgicos, colocación de soluciones, medicamentos vía intravenosa, inserción de catéteres o desconexión de ventilador mecánico, el equipo ofertado deberá tener un sistema de freno en las cuatro ruedas, ¿se acepta?	Id DEM: 6168, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de freno en las cuatro ruedas, como opción para el punto 2.5.2 Base rodable con sistema de freno en al menos dos (2) ruedas, sin desconexión de ventilador mecánico, el equipo ofertado deberá tener un sistema de freno en las cuatro ruedas, ¿se acepta?
1108	6169	VIASIS, S.A. DE C.V.	49	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.5.3	Solicitamos a la convocante nos aclare si el equipo solicitado requiere de ajuste de altura para cubrir el rango de 80cms a 120cms o 40cms de desplazamiento vertical. lo anterior para que el personal médico pueda ajustarlo de acuerdo a su estatura y por otro lado se pueda adaptar a un nivel tan bajo - adecuado para modo canguro, ¿se acepta?	Id DEM: 6169, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se acepta ofertar ajuste de altura para cubrir el rango de 80cms a 120cms o 40cms de desplazamiento vertical, como opción para el punto 2.5.3 Con ajuste de altura de funcionamiento eléctrico, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1109	6170	VIASIS, S.A. DE C.V.	50	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.5.5	Como cumplimiento de la NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. En donde establece que el nivel de ruido ambiental en UCIN no deberá exceder los 45 decibeles de manera continua, entendemos que deberemos ofertar un equipo que ofrezca un nivel de ruido menor a 45dBA, lo anterior para cumplimiento de la Norma y así reducir el stress del paciente neonatal, ¿es correcto?	Id DEM: 6170, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar un equipo que ofrezca un nivel de ruido menor a 45dBA, como opción para el 5.5 Capacete transparente con doble pared activa, con circulación de aire entre el capote y la doble pared, con sistema para evitar la pérdida de calor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1110	6171	VIASIS, S.A. DE C.V.	51	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.5.6	Entendemos que la cortina de aire solicitada deberá ser continua y no deberá incrementar el nivel de ruido dentro del capote, lo anterior para reducir el stress del paciente neonatal, ¿es correcto?	Id DEM: 6171, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar que la cortina de aire continua y no incrementa el nivel de ruido dentro del capote, como opción para el punto 2.5.6 Con dos (2) puertas de acceso con cortina de aire, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1111	6176	VIASIS, S.A. DE C.V.	56	16	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	2.6, 2.6.1	Para garantizar que el humidificador interconstruido sea esterilizable, tanto la cámara de humidificación o elemento calefactor y el depósito de agua invariablemente tendrán que ser de agua del humidificador sea extraíbles del equipo para su esterilización, de lo contrario habría riesgo de crecimiento de hongos o bacterias con un alto riesgo de contaminación. ¿Se acepta?	Id DEM: 6176, Respuesta: Se acepta ofertar que tanto la cámara de humidificación o elemento calefactor y el depósito de agua del humidificador sea extraíbles del equipo para su esterilización, y esterilizable, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1112	6177	VIASIS, S.A. DE C.V.	57	16	Incubadora para	4.3	Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con Filtro	Id DEM: 6177, Respuesta: Se precisa que la convocante se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			recién nacido/cuna de calor radiante.		para Oxígeno.	refiere a Filtro para Oxígeno como un consumible que permite depurar las partículas que pudieran estar dispersas en el elemento gaseoso, en este caso Oxígeno, que se hará pasar a través de él previo de ser suministrado al paciente, en relación al numeral 4.4 Filtro para oxígeno (dos (2) piezas), establecido en la presente convocatoria.
1113	6506	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB S.A. DE C.V.	26	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.3.2	Entendemos que para dar cumplimiento a la característica requerida por la convocante en el numeral citado, debe ofertarse tecnología con brazos porta lámparas abatible a +/- 50°, siempre que cuente con ajuste vertical mínimo de 90 cm., como opción para el punto 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6506, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tecnología con brazos porta lámparas abatible a +/- 50°, siempre que cuente con ajuste vertical mínimo de 90 cm., como opción para el punto 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1114	4148	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	8	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4	Se solicita de la manera mas atenta a la convocante se nos permita ofertar una lámpara o satélite de 160,000 luxes y la otra en el rango de 130,000 a 160,000 luxes siempre y cuando sean de la misma marca. ¿Se acepta?	Id DEM: 4148, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 Integrada por dos lámparas o satélites de la misma marca y modelo, cada una con, establecido en la presente convocatoria.
1115	4149	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	9	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.2	Se solicita de la manera mas atenta a la convocante se nos permita ofertar fabricación y diseño de acuerdo a cada fabricante siempre y cuando la fuente de luz sea LED. ¿Se acepta?	Id DEM: 4149, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere el tipo de fabricación y diseño ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1116	5205	DEWIMED, S.A.	2	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.2	ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO. ENTENDEMOS QUE CON ESTE PUNTO, SE REFIEREN A QUE LA CARCASA DE LA LÁMPARA DEBE SER DE ALUMINIO, ASÍ COMO LOS COMPONENTES TRANSDUCTORES DE CALOR, ESTO PARA LOGRAR UNA MAYOR DISIPACIÓN, Y, POR ENDE, UNA MAYOR VIDA ÚTIL DE LOS LEDS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 5205, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se precisa que el ensamblado en base de aluminio se refiere a la fuente de luz.
1117	5206	DEWIMED, S.A.	3	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.3	TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 25,000 HORAS O MAYOR. CONSIDERANDO EL TIEMPO DE VIDA DE LOS LEDS QUE SOLICITAN, ENTENDEMOS QUE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA DE LA LÁMPARA DEBEN DE GARANTIZAR LA MISMA CANTIDAD Y CALIDAD LUMINOSA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN CUERPO DE ALUMINIO TOTALMENTE SELLADO Y RESISTENTE A QUÍMICOS Y DEFORMACIONES, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. En referencia a QUE LAS LÁMPARAS TENGAN PARA NO TENER DISTORSIONES NI DECOLORACIONES CON EL TIEMPO, QUE EL SATELITE TENGA FRENTE DE CRISTAL TEMPLADO ALTAMENTE RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y VIDA ÚTIL DE 25,000 horas o mayor, sin ser obligatorio para	Id DEM: 5206, Respuesta: No se acepta su solicitud. Referente al CUERPO DE ALUMINIO TOTALMENTE SELLADO Y RESISTENTE A QUÍMICOS Y DEFORMACIONES, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. En referencia a QUE LAS LÁMPARAS TENGAN UNA VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 50,000 HORAS O MAYOR se acepta ofertar como opción para el punto 2.4.2.3 Tiempo de vida útil de 25,000 horas o mayor, sin ser obligatorio para

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							QUE NO SE DEGRADE CON LA LUZ ULTRAVIOLETA COMO SUCEDERÍA CON LOS FRENTE DE POLÍMERO TRASLUCIDO O POLICARBONATOS Y TAMBIÉN QUE LAS LÁMPARAS TENGAN UNA VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 50,000 HORAS O MAYOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1118	5612	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	11	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.3	Tomando en cuenta que la mayoría de los fabricantes de LEDs ofrecen tiempo de vida superior a las 25,000 horas, y con la intención que el Instituto adquiere equipos con menor necesidad de mantenimiento continuo, solicitamos que el tiempo de vida de cada LED sea al menos de 40,000 horas; ¿se acepta?	Id DEM: 5612, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar el tiempo de vida de cada LED sea al menos de 40,000 horas, como opción para el punto 2.4.2.3 Tiempo de vida útil de 25,000 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1119	5930	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	3	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.3	Solicitamos amablemente a la convocante con el fin de mejorar la calidad de los equipos y reducir los costos por mantenimiento la vida útil de los led sea no menor a 50,000 horas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5930, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar la vida útil de los led sea no menor a 50,000 horas, como opción para el punto 2.4.2.3 Tiempo de vida útil de 25,000 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1120	6507	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	27	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.3	Basados en lo requerido por la convocante, entendemos que no podrán ofertarse tecnologías LED con menos de 50,000 horas de vida útil ¿Es correcta nuestra interpretación?	Id DEM: 6507, Respuesta: No es correcta su interpretación. Se acepta ofertar la vida útil de los led sea no menor a 50,000 horas, como opción para el punto 2.4.2.3 Tiempo de vida útil de 25,000 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1121	4150	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	10	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	Entendemos que el ofertar temperatura de color dentro del rango solicitado no será motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4150, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria.
1122	5613	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	12	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	Debido a que una luz con temperatura de color en 6,000°K deja de ser blanca para convertirse en un tono azul, el modelo que ofrecemos tiene el rango variable en temperatura de color de 3,800 a 4,800°K, garantizando colores reales tanto en heridas profundas como superficiales e independientemente de la intensidad de la iluminación. Fundamentado en el argumento anterior, solicitamos se nos acepte temperatura de color variable en el rango de 3,800 a 4,800°K, ¿se acepta?	Id DEM: 5613, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de ofrecer el rango variable en temperatura de color de 2,424 a 6,000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria.
1123	6338	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	74	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	ENTENDEMOS QUE OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3000 A 5000 GRADOS KELVIN NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO, DEBIDO A QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6338, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria.
1124	6508	INTERNATIONAL	28	17	Lámpara	2.4.2.4	De acuerdo al numeral citado, entendemos que debería ofertarse	Id DEM: 6508, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.			quirúrgica doble.		una temperatura de color variable y configurable por el usuario, en un rango que vaya de 3500 a 6000 Kelvin ¿Es correcta esta apreciación?	acepta ofertar una temperatura de color variable y configurable por el usuario, en un rango que vaya de 3500 a 6000 Kelvin, como opción para el punto 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1125	6509	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	29	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.5	Basados en lo requerido por la convocante, entendemos que se debe ofertar un índice de rendimiento de color variable y configurable por el usuario, con un máximo no menor a 98% de dicha característica. ¿Es correcta esta interpretación?	Id DEM: 6509, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar un índice de rendimiento de color variable y configurable por el usuario, con un máximo no menor a 98%, como opción para el punto 2.4.2.5 Índice de rendimiento de color de 90% o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1126	5207	DEWIMED, S.A.	4	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.7	DIAMETRO DE ILUMINACIÓN DE 22 CM O MAYOR. DE ACUERDO A LA NORMA INTERNACIONAL DE EFICACIA ACEPTA OFERTAR LÁMPARA CON CAMPO DE ILUMINACIÓN LUMINOSA DE LÁMPARAS DE DIODOS EMISORES DE LUZ VARIABLE QUE CUBREN UN RANGO DE 22 CM A MAYOR, (LED), SE RECOMIENDA UNA LÁMPARA CON CAMPO DE ILUMINACIÓN VARIABLE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ESTAS LÁMPARAS CUBREN UN RANGO DE 12 CM A MENOR A 22 CM A MAYOR. ¿DEBERÁ EL EQUIPO CUMPLIR CON ESTE RANGO DE VARIACIÓN DE CAMPO?	Id DEM: 5207, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar LÁMPARA CON CAMPO DE ILUMINACIÓN VARIABLE QUE CUBREN UN RANGO DE 22 CM A MAYOR, como opción para el punto 4.2.7 Diámetro de iluminación de 22 cm o mayor, solicitado por la convocante, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1127	5614	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	13	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.7	¿La convocante requiere que el diámetro del campo de iluminación sea variable desde 22 cm o mayor?	Id DEM: 5614, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar diámetro del campo de iluminación variable desde 22 cm o mayor, como opción para el punto 2.4.2.7 Diámetro de iluminación de 22 cm o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1128	5931	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	4	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.7	Dado que en algunas cirugías se requiere un diámetro de iluminación específico para tener una mejor visualización del área a intervenir debemos entender que el diámetro de iluminación debe ser variable por lo menos en un rango de 17 cm a 28 cm. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5931, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar diámetro de iluminación variable en un rango de 17 a 28 cm, como opción para el punto 2.4.2.7 Diámetro de iluminación de 22 cm o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1129	6510	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	30	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.7	Entendemos que, para dar cumplimiento a la característica requerida, deberá ofertarse tecnología que cuente con un diámetro de iluminación variable y configurable por el usuario, en un rango de 12 a 35 cm, ¿Es correcta esta apreciación?	Id DEM: 6510, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tecnología que cuente con un diámetro de iluminación variable y configurable con el usuario en un rango de 12 a 35 cm, como opción para el punto 2.4.2.7 Diámetro de iluminación de 22 cm o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Favor de atender

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1130	6511	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	31	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.8	De acuerdo al numeral citado, entendemos que se deberá ofertar tecnología cuya profundidad de iluminación sea variable y configurable por el usuario, en el rango de 70 a 150 cm a 1 metro de distancia de la fuente. ¿Nuestra apreciación es correcta?	las Precisiones Técnicas. Id DEM: 6511, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.8 Profundidad de iluminación de 75 cm como mínimo a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque y sin que ocurra variación en la calidad de iluminación, posicionando la lámpara en dicho rango, establecido en la presente convocatoria.
1131	6512	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	32	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.3	En el numeral "2.4.3 Energía de radiación de 600 W/m2 o menor por cada lámpara" de esta cédula, dicha energía de radiación no resulta congruente con la tecnología LED solicitada por la convocante, la radiación establecida como característica es demasiado alta en su tope, por lo que por seguridad del personal de salud y del propio paciente, se solicita que considere adecuar a radiaciones mucho más bajas, sugiriendo que la máxima energía de radiación sea de 3.6 mW/m2, o 0.0036 W/m2, insistiendo en que energías de radiación de 600 W/m2 son actualmente consideradas como de alto riesgo.	Id DEM: 6512, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.3 Energía de radiación de 600 W/m2 o menor por cada lámpara, establecido en la presente convocatoria.
1132	5208	DEWIMED, S.A.	5	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 130,000 A 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE. DEBEMOS OFERTAR LAMPARAS CON 160,000 LUXES, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5208, Respuesta: No es correcto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.4 Intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente establecido en la presente convocatoria.
1133	5615	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	14	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	La intensidad luminosa solicitada es para cada uno de los cabezales (satélites), ¿es correcta esta apreciación?	Id DEM: 5615, Respuesta: Es correcta su apreciación, debiendo comprobar en cada uno, lo solicitado en el numeral 2.4.4 intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, establecido en la presente convocatoria.
1134	5616	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	15	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	La intensidad luminosa solicitada deberá ofrecerse de tal manera que cubra el rango de 130,000 a 160,000 luxes, ¿es esto correcto?	Id DEM: 5616, Respuesta: Es correcto, debiendo comprobar que es homogénea, que cuenta con el rango que refiere a ofertar y que sea a 1 metro o mayor de distancia de la fuente.
1135	5617	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	16	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	Debido a que este parámetro es fundamental en la calificación técnica del Instituto, durante la evaluación de todas las muestras físicas para esta partida, ¿la medición de la intensidad de luz se realizará con un instrumento debidamente calibrado y certificado, presentando el licitante el documento que ampare dicha	Id DEM: 5617, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1136	5618	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	17	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	¿Las lámparas solicitadas deberán contar con regulación de la intensidad luminosa y modo atenuado o "endo"? calibración?	Id DEM: 5618, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1137	6122	VAL BREN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	Dice: 2.4.4 Intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente. Pregunta: En virtud que la intensidad luminosa de 100,000 luxes cubre perfectamente la necesidad con el paciente, pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertarla de acuerdo a la tecnología del fabricante de 100,000 luxes, ¿Se acepta?	Id DEM: 6122, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.4 Intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, establecido en la presente convocatoria.
1138	6513	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	33	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	Con el objetivo de cumplir con la característica requerida, entendemos que deberá ofertarse un rango de intensidad luminosa variable y configurable por el usuario en el rango de 100,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente. ¿Es correcta esta apreciación?	Id DEM: 6513, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar dentro del rango de 100,000 a 160,000 luxes como opción para el punto 2.4.4 Intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, debiendo comprobar a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1139	4151	INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.	11	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.6	Entendemos que el panel de control debe estar integrado o interconstruido en el cabezal de las lámparas. ¿Es correcto?	Id DEM: 4151, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1140	6514	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	34	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.6	Para generar uniformidad a los licitantes, y toda vez que en este numeral únicamente se establece "...aumento y disminución de la intensidad luminosa" lo cual está relacionado incluso con los numerales 2.4.2.4, 2.4.2.5 y 2.4.4 referentes a regular los rangos de temperatura de color, índice de rendimiento color e intensidad luminosa, siendo imprecisa, respecto de la propia cédula de la convocante, el no indicar los rangos en que se aumentarán y disminuirán dichas variables, por lo que se solicita que los rangos contengan, al menos, 10 niveles de control de iluminación, 10 niveles de control de temperatura de color, y 10 niveles de control de índice de rendimiento de color.	Id DEM: 6514, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar al menos, 10 niveles de control de iluminación, 10 niveles de control de temperatura de color, y 10 niveles de control de índice de rendimiento de color, como opción para el punto 2.4.6 Panel de control electrónico de encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1141	5619	INGENIERIA Y	18	17	Lámpara	2.4.7	Para garantizar que no se provoque turbulencia con el flujo	Id DEM: 5619, Respuesta: Lo requerido por la convocante se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1142	5209	SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	6	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.5, 2.5.1	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA (UPS), GRADO MEDICO O INTER CONSTRUIDA CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 1.5 HRS O MAYOR. ENTENDEMOS QUE EN EL PUNTO 2.5.1 RESPALDO DE 1.5 HORAS, ESTE RESPALDO DEBERÁ SER CON EL USO DE LA LÁMPARA A LA MÁXIMA INTENSIDAD LUMINOSA DE 160,000 LUXES SIN PÉRDIDA NI CAÍDA EN LA INTENSIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 5209, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1143	4152	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	12	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.5, 2.5.1, 2.5.2	Dado que los hospitales cuentan con un sistema de respaldo de energía en caso de falla eléctrica consideramos que no es necesario que la lámpara cuente con sistema de alimentación ininterrumpida (ups) por lo que solicitamos amablemente a la convocante que estos puntos sean opcionales. ¿Se acepta?	Id DEM: 4152, Respuesta: No se acepta su solicitud, las características solicitadas en los puntos 2.5, 2.5.1 y 2.5.2 no son opcionales, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo, establecido en la presente convocatoria.
1144	5620	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	19	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.5.1	Frecuentemente la planta de emergencia de los hospitales tarda mucho tiempo en accionarse para respaldar las áreas críticas; además, una UPS que ofrezca 1.5 horas de respaldo podría no ser suficiente para alimentar un sistema de iluminación doble durante una cirugía mayor (sólo respaldan 1.5 horas en sistemas de iluminación sencilla). En consecuencia de lo anterior, solicitamos a la amable convocante considere que el sistema de alimentación ininterrumpida o baterías de respaldo deberá garantizar al menos 3 horas de funcionamiento continuo en los sistemas doubles solicitados. ¿se acepta?	Id DEM: 5620, Respuesta: No es correcta su apreciación. Solo se acepta ofertar sistema de alimentación ininterrumpida de al menos 3 horas de funcionamiento continuo, como opción para el punto 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo comprobar que cuenta con lo solicitado en los numerales 2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo.
1145	6339	CASA PLARRÉ, S.A. DE C.V.	75	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.5, 2.5.1, 2.5.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE SOLICITAR ESTOS PUNTOS COMO OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE EQUIPO REQUIERE DE UNA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD MÉDICA LA CUAL LE GARANTIZA EL RESPALDO NECESARIO EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6339, Respuesta: No se acepta su solicitud, las características solicitadas en los puntos 2.5, 2.5.1 y 2.5.2 no son opcionales, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1146	6340	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	76	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.5, 2.5.1, 2.5.2	EN CASO DE NO ACEPTAR LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR MATERIAL DOCUMENTAL AL MOMENTO DE LA DEMOSTRACION FISICA PARA EVALUAR ESTE PUNTO, ESTO DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON ESTE SISTEMA DE RESPALDO INSTALADO ACTUALMENTE AN ALGUNA UNIDAD MEDICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6340, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en la presente convocatoria, en el inciso a) del apartado "Acto de Demostración de las Características Ofertadas," del numeral 5.2.8 "a) El licitante o quien este designe, demostrará sobre el bien presentado aquellas descripciones técnicas ofertadas en la "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" Anexo No. 1.2, incluyendo la(s) marca(s) y modelo(s) y en su caso del software en español, lo cual no implicará la apertura del bien en cuestión o acceder a componentes internos electrónicos y/o mecánicos y/o eléctricos o de cualquier otra índole, en cuyo caso bastará con la manifestación expresada del licitante durante el evento. En este contexto el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), deberá demostrarse físicamente.
1147	4153	INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.	13	17	Lámpara quirúrgica doble.	3.1	Pedimos amablemente a la convocante nos aclare si debemos incluir este accesorio o si se trata de opción a futuro. ¿Favor de aclarar?	Id DEM: 4153, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1148	5621	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	20	17	Lámpara quirúrgica doble.	3.1	Debido a que los bienes a adquirir serán para Programa de sustitución, entendemos que el panel de control en pared no formará parte de la oferta económica, sin embargo si será indispensable demostrar en catálogos o folletos que se cuenta con éste, ¿es correcto?	Id DEM: 5621, Respuesta: No es correcto. Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1149	5932	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	5	17	Lámpara quirúrgica doble.	3.1	Se entiende el punto en cuestión bastara únicamente demostrar que se cuenta con dicho aditamento, pero no será necesario ofertarlo ya que no se realizara instalación en obras nuevas ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5932, Respuesta: Es correcta su apreciación y no se requiere demostrar que cuenta con dicho aditamento. Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1150	6341	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	77	17	Lámpara quirúrgica doble.	3.1	DADO QUE EL REQUERIMIENTO DE ESTA PARTIDA ES PARA LA SUSTITUCION DE EQUIPOS EN UNIDADES MEDICAS DESCRITAS EN LA GUIA DE DISTRIBUCION, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO NO SE DEBERA OFERTAR AL NO CONSIDERARSE COMO OBRA NUEVA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6341, Respuesta: Es correcto. Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1151	5622	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	21	17	Lámpara quirúrgica doble.	6.1	Entendemos que para cubrir este numeral, será suficiente con la manifestación escrita en la cédula de descripción del artículo del periodo de garantía que se ofrece para esta partida, ¿es correcto?	Id DEM: 5622, Respuesta: Es correcto. Adicionalmente, en caso de resultar adjudicado, para la partida 17 Lámpara quirúrgica doble de led, para el numeral 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria deberá presentarse.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1152	5623	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	22	17	Lámpara quirúrgica doble.	7.1.1	Para certificar la calidad del modelo ofertado y asentado en la celda número 6 (seis) del encabezado en el Anexo No.1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, ¿cada participante deberá enunciar y presentar certificado FDA para acreditar la calidad del modelo con que participa?	Id DEM: 5623. Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 7.1.1 Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO: 13485 o TUV, establecido en la presente convocatoria.
1153	3596	DRÁGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	8	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.7	PREGUNTA: Debemos entender que el equipo deberá contar con una superficie lisa, a prueba de líquidos desinfectantes, con el diseño necesario para una limpieza rápida y fácil cada vez que se use con un paciente nuevo. ¿Es correcto?	Id DEM: 3596. Respuesta: Es correcta su apreciación, se acepta ofertar superficie lisa, a prueba de líquidos desinfectantes, con el diseño necesario para una limpieza rápida y fácil cada vez que se use con un paciente nuevo como opción para el numeral 2.4.7 Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes, ni tornillos, ni hendiduras para fácil limpieza y desinfección, establecido en la presente convocatoria. Debiendo ofertar, comprobar documentalmente y demostrar que el cabezal es sin bordes, ni tornillos, ni hendiduras.
1154	4146	INSTRUMENTACI	6	17	Lámpara	General	Se solicita de la manera mas atenta a la convocante se nos	Id DEM: 4146. Respuesta: Se acepta. La convocatoria

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1155	4147	ON MEDICA, S.A. DE C.V.	7	17	Lámpara quirúrgica doble.	General	permite referenciar con imágenes a los puntos que no se puedan referenciar textualmente dentro de manuales y/o catálogos ¿Se acepta?	permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, los bienes demostrados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
1156	5202	INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.	4	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.3.2	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4147, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere las características propias del equipo a ofertar.
1157	5201	CORINDAL, S.A. DE C.V.	3	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.3.1	Numeral 2.3.2.- Solicitamos poder ofertar como: Ajuste Vertical mínimo de 70 cm y abatible a +/- 40°. ¿se acepta?	Id DEM: 5202, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1158	5203	CORINDAL, S.A. DE C.V.	5	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	Numeral 2.3.1.- Solicitamos poder ofertar como: Giro rotatorio de ambas lámparas de 360° ¿se acepta?	Id DEM: 5201, Respuesta: Se acepta ofertar Giro rotatorio de ambas lámparas de 360°, como opción para el punto 2.3.1 Giro rotatorio de 360°, de manera independiente, establecido en la cédula de descripción de artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo ofertar y comprobar documentalmente que cada lámpara gira independientemente.
1159	5204	CORINDAL, S.A. DE C.V.	6	17	Lámpara quirúrgica doble.	3.1	Numeral 2.4.4.- Solicitamos poder ofertar dentro del rango de 100,000 a 160,000 luxes. ¿se acepta?	Id DEM: 5203, Respuesta: Se acepta ofertar dentro del rango de 100,000 a 160,000 luxes como opción para el punto 2.4.4 Intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, debiendo comprobar a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1160	4880	BERCLAN, S.A. DE C.V.	12	17	Lámpara quirúrgica	2.1	Numeral 3.1.- ¿requieren que todas las lámparas cuenten con el Panel de control electrónico de pared? La cédula especifica que solo en clínicas de obra nueva. Favor de aclarar.	Id DEM: 5204, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Curso código	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecu- tivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1161	5681	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	1	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.3.2	metales pesados, esto para beneficiar la calidad del equipo y disminuir los índices de contaminación que generan el uso de este tipo de metales, ¿Se acepta?	metales pesados, esto para beneficiar la calidad del equipo y disminuir los índices de contaminación que generan el uso de este tipo de metales, ¿Se acepta? Instituto.
1162	6559	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	1	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.3.2	Solicitan ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, en el entendido que las salas de operaciones tienen varias medidas de alturas del piso a techo y en ocasiones la altura es de menos de 3 metros de altura y al tener un abatimiento de +45° esto puede ocasionar golpes en la cúpula de la lámpara con el techo o con otros equipos médicos, solicitamos poder ofertar una lámpara con un abatimiento de +18 y -48° ¿Se Acepta?	Id DEM: 5681, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1163	6564	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	6	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.3.2	47.- I. CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES 8. Lámpara quirúrgica doble led (clave: 531.562.101.04.01) Punto 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor. Debido a que cada casa comercial tiene distintos diseños de manufactura, y sin ser esta una característica que limite la funcionalidad del equipo, solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar un rango de movimiento vertical mínimo de 75°, que es una unidad distinta de medición en los rangos de movimiento y no limita el movimiento total de la lámpara.	Id DEM: 6559, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1164	4881	BERCLAN, S.A. DE C.V.	13	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.1	8. Lámpara quirúrgica doble led (clave: 531.562.101.04.01) Punto 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor. Debido a que cada casa comercial tiene distintos diseños de manufactura, y sin ser esta una característica que limite la funcionalidad del equipo, solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar un rango de movimiento vertical mínimo de 75°, que es una unidad distinta de medición en los rangos de movimiento y no limita el movimiento total de la lámpara.	Id DEM: 6564, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1165	4882	BERCLAN, S.A. DE C.V.	14	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.1	Entendemos que la convocante requiere una lámpara quirúrgica doble de led con sistema de emisión de luz: libre de sombras a la interposición de cuerpos, por lo que suponemos que esto se debe llevar a cabo mediante la utilización de reflectores cuidadosamente colocados para eliminar la separación de colores o sombras. ¿Es correcto?	Id DEM: 4881, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
							Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar además de lo especificado en este punto como leds blancos, requerido por la convocante se encuentra debidamente ofertar leds rojos los cuales permiten observar las pequeñas descripto en la cédula de descripción del artículo 11943.	Id DEM: 4882, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente ofertar leds rojos los cuales permiten observar las pequeñas descripto en la cédula de descripción del artículo 11943.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1166	4883	BERCLAN, S.A. DE C.V.	15	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.3	La convocante requiere un tiempo de vida útil de los leds de 25,000 horas o mayor. Sugierimos amablemente a la convocante considere un tiempo de vida útil de los leds de al menos 50,000 horas, debido a que la mayoría de las marcas cuentan con modelos que superan esta característica, por lo que no se entendería solicitar un tiempo de vida menor a lo solicitado por nuestra representada, ya que esto solo generaría una oferta de equipos de baja gama y altos costos de inversión a corto plazo de la institución, ya que según se entiende los equipos solo tendrían una durabilidad de 3 años, caso contrario si se aceptara la sugerencia de las 50,000 horas de vida, que equivalen a 6 años de tiempo de vida del equipo a ofertar. ¿Se acepta nuestra sugerencia?	Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Id DEM: 4883, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar la vida útil de los leds sea no menor a 50 000 horas, como opción para el punto 2.4.2.3 Tiempo de vida útil de 25,000 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1167	4884	BERCLAN, S.A. DE C.V.	16	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar temperatura de color de 3500°K o menor a 5000°K como máximo, debido a que esta característica es la que predomina en la mayoría de las marcas, porque en ella se encuentra plasmado la temperatura de color ideal, para los trabajos en áreas quirúrgicas. ¿Se acepta?	Id DEM: 4884, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria
1168	4885	BERCLAN, S.A. DE C.V.	17	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	En caso de que nuestra pregunta anterior haya sido negativa, solicitamos amablemente a la convocante nos explique los argumentos técnicos por los cuales desecha nuestra solicitud, y en caso de que existiera aun un argumento técnico negativo, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una temperatura de color de 4200°K o menor, a 6000°K como máximo. ¿Se acepta?	Id DEM: 4885, Respuesta: Se solicitan 6000°K dado que es similar a un día muy soleado con cielo despejado, esto es en luz natural. Se acepta ofertar una temperatura de color de 4200°K o menor, a 6000°K como máximo como opción para el punto 4.2.4.2 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo ofertar, comprobar documentalmente y demostrar, que la temperatura de color es variable.
1169	6560	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	2	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	47.- I. CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES 8. Lámpara quirúrgica doble led (clave: 531.562.101.04.01) Punto 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200° a 6000° kelvin ¿Se refiere a que la temperatura de color de la lámpara debe estar entre los 4200° a 6000° kelvin o que la lámpara tenga la posibilidad de cambiar la temperatura de color, es decir no debe ser fija?	Id DEM: 6560, Respuesta: De conformidad con lo solicitado en numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, la lámpara quirúrgica doble deberá tener la posibilidad de cambiar la temperatura de color, es decir no debe ser fija.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1170	6561	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	3	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	47.- I. CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES 8. Lámpara quirúrgica doble led (clave: 531.562.101.04.01) Punto 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200° a 6000° kelvin Dado que en el espectro electromagnético las temperaturas de color con mayores ventajas el campo de la medicina, específicamente en cirugía, empiezan desde los 3500° kelvin solicitamos nos permitan colizar nuestra tecnología que está en el rango de los 3500°k – 5000°k.	Id DEM: 6561, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria.
1171	6565	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	7	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	¿Se refiere a que la temperatura de color de la lámpara debe estar entre los 4200° a 6000° kelvin o que la lámpara tenga la posibilidad de cambiar la temperatura de color, es decir no debe ser fija?	Id DEM: 6565, Respuesta: De conformidad con lo solicitado en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, la lámpara quirúrgica doble deberá tener la posibilidad de cambiar la temperatura de color, es decir no debe ser fija.
1172	6566	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	8	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.4	Dado que en el espectro electromagnético las temperaturas de color con mayores ventajas el campo de la medicina, específicamente en cirugía, empiezan desde los 3500° kelvin solicitamos nos permitan colizar nuestra tecnología que está en el rango de los 3500°k – 5000°k	Id DEM: 6566, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria.
1173	4886	BERCLAN, S.A. DE C.V.	18	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.5	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar además de lo especificado en este punto, una característica que beneficie tecnológicamente la calidad del producto y ofrezca al área usuaria un notable beneficio en la visualización y diferenciación de los tejidos expuestos en el área quirúrgica, conocida como índice de reproducción de rojos R9, de 95%, la cual permite al área usuaria, en este caso a los cirujanos, apreciar las diferencias que existen en los tejidos expuestos y disminuir el contraste generado por la combinación de luz blanca y el color natural de los tejidos como lo es el rojo. ¿Se acepta?	Id DEM: 4886, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el instituto.
1174	4887	BERCLAN, S.A. DE C.V.	19	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.7	Entendemos que la convocante requiere un diámetro de iluminación regulable de 22 cm o mayor. Por lo que si nosotros ofertamos una diámetro de iluminación regulable de hasta 31 cm estaremos ofertando características superiores a las solicitadas. ¿Es correcto?	Id DEM: 4887, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar una diámetro de iluminación regulable de hasta 31 cm, como opción para el punto 4.2.7 Diámetro de iluminación de 22 cm o mayor, solicitado por la convocante, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1175	4888	BERCLAN, S.A. DE C.V.	20	17	Lámpara quirúrgica	2.4.2.8	La profundidad de iluminación indica la capacidad de la lámpara de iluminar el área expuesta a las condiciones normales de iluminación sin reenfocar y sin variación en la calidad de	Id DEM: 4888, Respuesta: Se acepta ofertar una profundidad de iluminación sin reenfocar y sin variación en la calidad de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					doble.		distancia de trabajo que son de 1 metro, por lo que al requerir una profundidad menor a 1 metro se estaría limitando las condiciones normales de trabajo, por lo que sugerimos una profundidad de iluminación sin reenfoque y sin variación en la calidad de iluminación de por lo menos 1 metro, a la distancia nominal de trabajo señalada en el punto, ¿Se acepta?	iluminación de por lo menos 1 metro, como opción para el punto 2.4.2.8 Profundidad de iluminación de 75 cm como mínimo a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque y sin que ocurra variación en la calidad de iluminación, posicionando la lámpara en dicho rango, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1176	4889	BERCLAN, S.A. DE C.V.	21	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	La intensidad luminosa homogénea se refiere a la capacidad de la lámpara de iluminar un área con la mayor iluminación sin que exista distorsión en esta, por lo que entendemos que la convocante requiere que la máxima intensidad luminosa de la lámpara sea de 160,000 luxes a 1 metro de distancia de la fuente, ¿es correcto?	Id DEM: 4889, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar lámpara de 160,000 luxes a 1 metro de distancia de la fuente como opción para el numeral 2.4.4 Intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar, comprobar documentalmente y demostrar que es variable en el rango solicitado.
1177	4890	BERCLAN, S.A. DE C.V.	22	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.4	Entendemos que la convocante requiere que la intensidad luminosa homogénea sea regulable hasta 160,000 luxes a 1 metro de distancia de la fuente, por lo que sugerimos se considere una intensidad regulable en al menos 5 niveles con control endoscópico como todas las marcas de calidad lo manejan ¿Es correcto?	Id DEM: 4890, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar una intensidad regulable en al menos 5 niveles con control endoscópico, como opción para el punto Intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar, comprobar documentalmente y demostrar que se encuentra variable en el rango de 130,000 a 160,000.
1178	6562	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	4	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.5.4	47.1 CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES 8. Lámpara quirúrgica doble led (clave: 531.562.101.04.01) Punto 2.4.5.4 Ensamble rápido no enroscable Debido a que cada casa comercial tiene distintos diseños de manufactura, y sin ser éstas a una característica que limite la funcionalidad del equipo, solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar esta característica como opcional, ya que el torque en los mangos es una cualidad que asegura que estos no se liberen con facilidad de lámpara, proveyendo al usuario un grado de seguridad más amplio.	Id DEM: 6562, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.5.4 Ensamble rápido no enroscable, establecido en la presente convocatoria.
1179	6567	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	9	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.5.4	Debido a que cada casa comercial tiene distintos diseños de manufactura, y sin ser éstas a una característica que limite la funcionalidad del equipo, solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar esta característica como opcional, ya que el torque en los mangos es una cualidad que asegura que estos no se liberen con facilidad de lámpara, proveyendo al usuario un grado de seguridad más amplio.	Id DEM: 6567, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.5.4 Ensamble rápido no enroscable, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1180	4891	BERCLAN, S.A. DE C.V.	23	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.6	Entendemos que la convocante requiere un panel de control en el cabezal de lámpara y aparte uno instalado a pared, y que ambos permitan controlar todas las funciones de la lámpara como el encendido y apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa, temperatura de color y tamaño del campo de trabajo ¿Es correcto?	Id DEM: 4891, Respuesta: No es correcto. Respecto del control en el cabezal, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. En referencia al panel de control electrónico en pared, favor de atender las Precisiones Técnicas.
1181	4892	BERCLAN, S.A. DE C.V.	24	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.7	Entendemos que si ofertamos un cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes, ni hendiduras para su fácil limpieza y desinfección y además ofrecemos un aditivo antimicrobiano integrado a la superficie de la misma, estaríamos ofreciendo características superiores a las solicitadas ¿es correcto?	Id DEM: 4892, Respuesta: No correcta su interpretación. En referencia su solicitud de ofertar aditivo antimicrobiano integrado a la superficie, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. El licitante deberá atender a lo solicitado en el numeral 2.4.7 Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes, ni tornillos, ni hendiduras para fácil limpieza y desinfección.
1182	4893	BERCLAN, S.A. DE C.V.	25	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.7	Entendemos que la convocante requiere que el cabezal de la lámpara sea lo más ligero posible y su peso menor a 15 kg, para su fácil manipulación dentro del quirófano, ¿es correcto?	Id DEM: 4893, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1183	6563	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	5	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.7	47. I CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES 8. Lámpara quirúrgica doble led (clave: 531.562.101.04.01) Punto 2.4.7 Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes, ni tornillos, ni hendiduras para fácil limpieza y desinfección. Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar, cabezales configurados con módulos independientes de 20 Leds, que cuenten con una forma fluida y abierta que optimiza la restitución del flujo laminar contribuyendo además a la seguridad del paciente, esta característica como ventaja de diseño del equipo.	Id DEM: 6563, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1184	6568	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO,	10	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.7	Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar, cabezales configurados con módulos independientes de 20 Leds, que cuenten con una forma fluida y abierta que optimiza la restitución del flujo laminar contribuyendo además a la seguridad del paciente, esta característica como ventaja de diseño del equipo.	Id DEM: 6568, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1185	4894	S.A. DE C.V.	26	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.5.1	Los sistemas de alimentación ininterrumpida (también denominado ups, por sus siglas en inglés) sirven para que en caso de que se presente una falla en el suministro eléctrico del hospital o cualquier otro lugar donde estén instalados, no se apaguen ni dejen de funcionar los equipos que necesitan de una fuente de energía. Estos se clasifican de acuerdo a su capacidad de trabajo sin necesidad de ser conectados a una toma de corriente eléctrica, por lo que entendemos que para el área de quirófanos el trabajo de la lámpara quirúrgica es indispensable, si a eso consideramos que los trabajos en estas salas suelen durar de 1 hasta 6 horas, lo recomendable sería contar con una ups de al menos 3 horas, debido a que esta es la media del tiempo que normalmente se trabaja en un quirófano ¿es correcto?	Id DEM: 4894, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una ups de al menos 3 horas, como opción para el punto 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo comprobar que cuenta con lo solicitado en los numerales 2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo
1186	4895	BERCLAN, S.A. DE C.V.	27	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.5.1	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si lo que solicitamos es un sistema de emergencia de respaldo de energía por baterías (ups) que se pueda colocar dentro o fuera del quirófano en una caja segura con indicadores del estado en el que se encuentran las baterías, normal, cargada o descargada ¿es correcto?	Id DEM: 4895, Respuesta: Se aclara que el levantamiento físico contemplado en el numeral 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales, establecido en la presente convocatoria, tiene como objetivo que los licitantes cuenten con dicha información.
1187	5281	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	12	17	Lámpara quirúrgica doble.	2.4.2.7	Es correcto entender que el cotizar un diámetro de iluminación variable de 20 cm a 28 cm se cumple con la especificación solicitada ya que el rango de iluminación es mayor, por lo tanto se considera una característica superior.	Id DEM: 5281, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar un diámetro de iluminación variable de 20 cm a 28 cm como opción para el punto 2.4.2.7 Diámetro de iluminación de 22 cm o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1188	4878	BERCLAN, S.A. DE C.V.	10	17	Lámpara quirúrgica doble.	SIN PUNTO	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar características superiores a las solicitadas, sin que esto deteriore la calidad del producto y por el contrario aumente las prestaciones y beneficios para la institución. ¿Se acepta?	Id DEM: 4878, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1189	4879	BERCLAN, S.A. DE C.V.	11	17	Lámpara quirúrgica doble.	SIN PUNTO	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar las características a partir del punto 2.1, debido a que el punto 1 "Definición" y el punto 1.1, únicamente señalan la generalidad del equipo y no una característica determinante en el funcionamiento del mismo, ¿Se acepta?	Id DEM: 4879, Respuesta: Se acepta, toda vez que de conformidad con lo descrito en el instructivo de llenado del Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", "12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1190	4896	BERCLAN, S.A. DE C.V.	28	17	Lámpara quirúrgica doble.	SIN PUNTO	Solicitamos amablemente a la convocante considere un índice de rendimiento de color (CRI) y un balance de color de rojos (r9) de al menos 95% debido a que esta característica permite visualizar de manera más real la zona expuesta y eficiente el uso de la lámpara, ¿se acepta?	referenciarse, debiendo atender lo que resulte de la junta de aclaraciones. Id DEM: 4896, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1191	4897	BERCLAN, S.A. DE C.V.	29	17	Lámpara quirúrgica doble.	SIN PUNTO	Entendemos que la convocante requiere una lámpara quirúrgica doble de led. Debido a esto, y a la experiencia que se cuenta en la instalación y producción de lámparas, hasta la fecha se ha comprobado que no existe por parte de ninguna empresa la capacidad de producción e instalación de tantos equipos como los que solicita la convocante, en el tiempo en el que los solicita, a no ser que se hubiese contemplado con anterioridad por parte de alguna empresa la fabricación de los mismos, lo cual no estaría legalmente permitido, por lo que solicitamos amablemente a la convocante, que en caso de salir adjudicados nos permita entregar in situ 30 días después del plazo acordado, y el mismo tiempo, después de cumplido lo solicitado, para llevar acabo la instalación ¿Se acepta?	Id DEM: 4897, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.
1192	5210	DEWIMEX, S.A.	7	17	Lámpara quirúrgica doble.	SIN PUNTO	ACTUALMENTE, EN TODOS LOS QUIRÓFANOS SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, POR LO QUE LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL PARA ESTE TIPO DE CIRUGÍAS ES FUNDAMENTAL Y TODOS LOS FABRICANTES DE LÁMPARAS LED INCLUYEN ESTA ILUMINACIÓN (BACK-LIGHT, ENDO LIGHT, AMBI LIGHT, ETC.), POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS QUE LAS LÁMPARAS INCLUYAN ESTA CARACTERÍSTICA Y, EN CASO DE SER ACEPTADA ESTA SUGERENCIA, QUE EL CONTROL DE LA INTENSIDAD Y COLOR DE LA LUZ AMBIENTAL ESTE INTEGRADA EN EL PANEL DIGITAL O EN LA BASE DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	Id DEM: 5210, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente la cédula de descripción del artículo 11943 Lámpara quirúrgica doble, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1193	5280	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	11	17	Lámpara quirúrgica doble.	Sin Referencia	Queda por entender que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5280, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere las características propias del equipo a ofertar.
1194	5213	DEWIMEX, S.A.	10	18	Láser quirúrgico neodimium-yag.	2.16	DICE: PANTALLA TÁCTIL PARA EL DESPLIEGUE Y AJUSTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TIPO DE PULSO, ENERGÍA, ACTIVACIÓN DEL LASER Y CONTADOR DE DISPAROS. SE	Id DEM: 5213, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.16 Pantalla táctil para el despliegue y ajuste de los siguientes

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1195	5211	DEWIMED, S.A.	8	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.4	SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN Y BOTONES DE AJUSTE DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ENERGÍA, NÚMERO DE PULSOS TOTALES, MODO DE PULSO, RESETEO, ENERGÍA TOTAL, ADVERTENCIA DE DESVIACIÓN DE ENERGÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	parámetros: tipo de pulso, energía, activación del láser y contador de disparos" establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
							DICE: MODO SUPERGAUSSIANO EL EQUIPO QUE OFERTAMOS CUENTA CON UN MODO ULTRA GAUSSIANO, EL CUAL REQUIERE DE MENOR TIEMPO PARA ELEVAR LA ENERGÍA, LO QUE PERMITE CORTAR EL TEJIDO MÁS EFICIENTEMENTE, USANDO MENOS DISPAROS Y MENOS ENERGÍA ACUMULATIVA Y CON UN MENOR RIESGO DE EFECTOS SECUNDARIOS, COMO AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR O DAÑOS COLATERALES A LAS ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL PUNTO MODO SUPERGAUSSIANO, COMO MODO ULTRA GAUSSIANO, EL CUAL BRINDA MAYOR SEGURIDAD Y EFICIENCIA AL REQUERIR UN TIEMPO Y ENERGÍA MENORES, PARA FORMAR LA BURBUJA DE PLASMA, SIN DAÑO A ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	id DEM: 5211, Respuesta: Se acepta ofertar como opción el MODO ULTRA GAUSSIANO, como opción para el punto 2.4 Modo supergaussiano, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1196	5212	DEWIMED, S.A.	9	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.7	DICE: ENERGÍA DE RUPTURA ÓPTICA EN EL AIRE DE 2.5 MJ. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ENERGÍA DE RUPTURA ÓPTICA EN EL AIRE DE 1.8MJ. LO CUAL PERMITE GENERAR LA BURBUJA DE PLASMA UTILIZANDO 40% MENOS ENERGÍA Y EN UN TIEMPO DE ELEVACIÓN DE ENERGÍA MENOR, GRACIAS A SU PERFIL ULTRAGAUSSIANO, LO CUAL BRINDA MAYOR SEGURIDAD Y EFICIENCIA, AL NO DAÑAR TEJIDOS CIRCUNDANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	id DEM: 5212, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.7 Energía de ruptura óptica en el aire de 2.5 mj." establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1197	5214	DEWIMED, S.A.	11	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	3.7	DICE: TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE LA MISMA MARCA DE LA LÁMPARA DE HENDIDURA CON ESCALA DE MEDICIÓN DE 0 A 80 MMHG O MAYOR Y CON SOPORTE DE MONTAJE TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE GOLDMANN, DE LA MAYOR Y CON SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO. EL EQUIPO QUE OFERTAMOS CUENTA CON DE HENDIDURA CON ESCALA DE MEDICIÓN DE 0 A 80 mmHg o TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE GOLDMANN, DE LA MAYOR Y CON SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO. (Indicar marca y modelo del tonómetro). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	id DEM: 5214, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "3.7 Tonómetro de aplanación de la misma marca de la lámpara de hendidura con escala de medición de 0 a 80 mmHg o tonómetro de aplanación de Goldmann, de la mayor y con soporte de montaje incluido." establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1198	5215	DEWIMED, S.A.	12	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	4.1	MERCADO, Y LA PRIMERA EN DESARROLLAR EL MÉTODO DE TONOMETRÍA DE APLANACIÓN. ESTE TONÓMETRO ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA LÁMPARA DE HENDIDURA, YA QUE CUENTA CON LA MONTURA ADECUADA PARA EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DE LA TONOMETRÍA, MISMA QUE ES MUY IMPORTANTE AL MOMENTO DE REALIZAR UNA IRIDOTOMÍA YA QUE ES NECESARIO REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA PIO ANTES Y DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO CON LASER, Y ES INDISPENSABLE QUE EL TONÓMETRO CUMPLA CON LA EXIGENCIA DE PRECISIÓN Y EXACTITUD EN LA TOMA DE LA PIO. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE GOLDMANN DE LA MARCA HAAG-STREIT, PARA ASEGURAR QUE LA MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE LA MANERA MAS PRECISA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5215, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se solicita ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO LÁMPARA DE REPUESTO 6V/20W como opción para el punto "4.1 Lámpara de 12V/30W, ESTO ES UNA VENTAJA, DEBIDO A QUE BRINDA UNA INTENSIDAD LUMINOSA SUPERIOR, LA CUAL PUEDE SER ATENUABLE AL NIVEL DE LUMINOSIDAD DESEADO, PERMITIENDO EXAMINAR LAS ESTRUCTURAS OCULARES CON MAYOR DETALLE. ¿SE ACEPTA OFERTAR LÁMPARA DE HALÓGENO DE REPUESTO DE 12V/30W, COMO UNA MEJORA TECNOLÓGICA?
1199	4359	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	8	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.12	Solicitamos a la convocante nos acepte que se oferte desenfoque anterior/posterior y con un punto o spot de 50 micrones; en caso contrario favor de aclarar que es lo que solicitan porque desenfoque y foco son cosas opuestas?	Id DEM: 4359, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1200	4360	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	9	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.15	Solicitamos a la convocante nos permita poder ofertar luz guía de 635 nm de intensidad variable, de triple fijación, dado que esto no afecta en nada la operación del equipo y únicamente es la guía para dirigir la mirada del paciente, se acepta?	Id DEM: 4360, Respuesta: Se acepta ofertar luz guía de 635 nm de intensidad variable, de triple fijación como opción para el punto "2.15 Luz guía o haz de puntería de 650 nm (+/-5%)", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1201	4364	PROVEEDORA INTEGRAL DE	13	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.17.11	Solicitamos a la convocante acepte se oferte equipo con lámpara de luz LED, ya que representa un menor consumo de energía Técnicas.	Id DEM: 4364, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		EMPRESAS, S.A. DE C.V.					además de no generar calor. ¿se acepta?	
1202	4362	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	11	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.17.6	Solicitamos a la convocante se acepten 3 puntos, dado que esto no afecta en nada al procedimiento y garantiza un tratamiento puntual y con mayor exactitud, se acepta?	Id DEM: 4362, Respuesta: Se acepta ofertar 3 puntos como opción para el punto "2.17.6 Sistema de enfoque de la luz guía de al menos 2 puntos", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1203	4363	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	12	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.17.7.1	Solicitamos a la convocante acepte un ancho de la hendidura variable de 14 mm. ¿se acepta?	Id DEM: 4363, Respuesta: Se acepta ofertar ancho de la hendidura variable de 14 mm. como opción para el punto "2.17.7.1 Con ancho de la hendidura variable continuo de 0 a 12 mm.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1204	4361	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	10	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.17	Solicitamos a la convocante acepte que se oferte Lámpara de hendidura de marca distinta al láser, siempre que presente características iguales o superiores a las solicitadas y sea totalmente compatible con el equipo. ¿se acepta?	Id DEM: 4361, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.17 Lámpara de hendidura de la misma marca y especialmente diseñada para uso del láser (indicar marca y modelo);" establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1205	4357	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	6	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.4	Debido a que el término modo supergaussiano, es un término relacionado con una marca en específico, solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto de acuerdo a nuestra tecnología. ¿se acepta?	Id DEM: 4357, Respuesta: No se da respuesta puntual toda la vez que no describe las características propias del equipo a ofertar como opción para el punto "2.4 Modo supergaussiano"
1206	4358	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	7	18	Laser quirúrgico neodymium-yag.	2.7	Solicitamos poder ofertar ENERGIA DE RUPTURA OPTICA EN EL AIRE DE 2.5 mJ o menor (1 mJ), ya que con ello se garantiza una mayor seguridad en el control de la energía de fotodisrupción, se acepta? La ruptura óptica de nuestro láser es a 1mJ pero en Solución de Cloruro de Sodio, no en el aire.	Id DEM: 4358, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.7 Energía de ruptura óptica en el aire de 2.5 mJ." establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1207	4000	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	22	19	Mastografía digital de campo completo.	1.1	Existe un error en el consecutivo de la numeración, en el punto 1.1. Magnificador, que se encuentra duplicado, debiendo continuar con la numeración en 2.5. Con el fin de evitar una confusión en la revisión de las descripciones técnicas del licitante, se solicita amablemente a la convocante nos permita modificar la numeración de la cédula original ¿Se acepta?	Id DEM: 4000, Respuesta: Favor de remitirse a Precisión Técnico Médica referente al numeral 1.1.
1208	5410	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	102	19	Mastografía digital de campo completo.	2.1.1	Considerando que la morfología mamaria latinoamericana es predominantemente Densa / mixta y que son estas mamas las que representan el mayor reto diagnóstico en la prevención de cáncer en México, demandando estudios especializados como la tomosíntesis y técnicas de mayor energía - sobre los 35kV y los 120mA - que por consecuencia requieren una potencia de	Id DEM: 5410, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con generador potencia de 5 kW o mayor, como opción para el punto 2.1.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1209	5411	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	103	19	Mastografía digital de campo completo.	2.1.3	generador se sugiere respetuosamente a la Convocante contar con un generador de 5 kW o mayor, ¿se acepta? Considerando la capacidad de actualización a tomografía es aconsejable el rango de kV sea lo suficientemente amplio de 22 a 49 mínimo. ¿Se acepta?	Id DEM: 5411, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de kV de 22 a 49 mínimo, como opción para el punto 2.2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1210	5420	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	112	19	Mastografía digital de campo completo.	2.1	Se pide a la convocante nos permita referenciar la interface de ethernet expresando la velocidad de conexión en Gb, considerando que es una tecnología superior al 1Mb equivalente de 100/1000. ¿Se acepta?	Id DEM: 5420, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10, Interface de red Ethernet 100 /1000 base T, establecido en la presente convocatoria.
1211	5421	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	113	19	Mastografía digital de campo completo.	2.1	En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, se solicita a la Convocante permita referenciar este punto con carta bajo protesta de decir verdad de cumplimiento del mismo, ya que no es posible referenciarlo en un catálogo o data sheet. ¿Se acepta?	Id DEM: 5421, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10, Interface de red Ethernet 100 /1000 base T, establecido en la presente convocatoria
1212	5422	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	114	19	Mastografía digital de campo completo.	2.11	solicitamos a la convocante considerando la referenciación de término "uso irrestricto" nos permita referenciar presentando nuestro documento DICOM conforme statement y de ser necesario con carta especificando la habilitación sin restricciones del uso de las funciones DICOM incluidas ¿Se acepta?	Id DEM: 5422, Respuesta: No se acepta. Se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos, según el numeral 4.1.6., que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos. 4.1.6. Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1213	6554	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	18	19	Mastografía digital de campo completo.	2.14/ Sin Punto	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofrecer un equipo de mamografía con crecimiento futuro a estereotaxia ya que con esa opción también se puede ver el tejido tumoral y crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 6554, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D establecido en la presente convocatoria.
1214	5412	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	104	19	Mastografía digital de campo completo.	2.2.1	Para equipos con propósitos clínicos de alta demanda con una amplia cobertura de población y crecimiento a tomosíntesis es sugerible la capacidad de disipación de calor sea mínimo de 340Khu, para evitar interrupciones en el flujo de trabajo por calentamiento del tubo y tiempos de espera generados por bloqueos del sistema hasta lograr la temperatura de trabajo segura; ¿se acepta considerar la capacidad calorífica de 340 KHU o mayor?	Id DEM: 5412, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de capacidad calorífica del ánodo de 340 KHU o mayor, como opción para el punto 2.2.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1215	5413	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	105	19	Mastografía digital de campo completo.	2.3.1	Para cubrir todo el espectro de proyectores considerables en radiología de mama se sugiere que la capacidad de rotación del brazo esté mínimo entre -165 y + 185 grados. ¿Se acepta?	Id DEM: 5413, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de capacidad de rotación del brazo esté mínimo entre -165 y + 185 grados, como opción para el punto 2.3.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1216	5414	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	106	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.3	Considerando que el tamaño de matriz es directamente proporcional y definido por el tamaño de pixel para cumplir con el Campo de visión (Field of View (FOV)) requerido, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una matriz de pixeles definida por el tamaño de pixel aceptado en las bases de dicha licitación, garantizando una eficiencia de detector superior a la solicitada, ¿se acepta?	Id DEM: 5414, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.3. Matriz de 2,300 x 3,000 pixeles o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1217	5415	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	107	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.3	Considerando que para el tamaño de detector de 23 x 26 cm con un tamaño de pixel de 100um mínimos requeridos por la convocante el área de la matriz mínima requerida es de 5,980,000; se solicita amablemente se considere una matriz de detector con área de 6,822,900 muy superior al mínimo requerido en las especificaciones y en un tamaño de detector de 24 x 29 cm. ¿Se acepta?	Id DEM: 5415, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.3. Matriz de 2,300 x 3,000 pixeles o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1218	5416	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	108	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.3	Para permitir la participación de tecnología superior y efectiva, se solicita a la convocante nos permita referenciar el valor de la matriz como 2394x2854 considerando que el rango de 1% de mas de pixeles muertos y que en nuestro caso son efectivos y se soportan en un DOE superior al requerido y avalados por la FDA, y como	Id DEM: 5416, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.3. Matriz de 2,300 x 3,000 pixeles o mayor, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1219	5417	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	109	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.3	tecnología superior asegurando así la calidad de las imágenes, se acepta?	Id DEM: 5417, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.3. Matriz para este tamaño (y manteniendo el tamaño óptimo de pixel de 100um), se solicita ampliar la descripción de este punto (que especifica matriz de 2300 x 3000). Lo anterior debido a que obedece físicamente a un arreglo más grande que el solicitado, con una distribución acorde a la geometría del detector y al campo visual ideal para el examen. para cumplir con una matriz equivalente de acuerdo al arreglo geométrico del detector, asegurando que esta modificación no afecta la calidad de la imagen respecto a lo que requiere la Convocante, pues el tamaño mínimo de pixel se mantiene, sólo se trata de un acomodo espacial diferente. ¿Se acepta?
1220	5418	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	110	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.5	Entendemos que para asegurar la calidad de imagen y el máximo DQE en 2D y 3D el tamaño de pixel máximo considerado es de 100 um mismo que podemos utilizar para justificar el FOV efectivo (sin pixeles muertos) en la matriz del detector, ¿se acepta?	Id DEM: 5418, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.5. Tamaño del pixel de 100 micrones o menor, establecido en la presente convocatoria.
1221	3585	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	4	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.5	Punto 2.8.5 Solicitamos a la convocante nos permita mejorar el tamaño del pixel a 70 micrones o menor, ya que esto nos permite crear imágenes con mejor definición. ¿Se acepta?	Id DEM: 3585, Respuesta: Se acepta ofertar tamaño de pixel de 70 micrones o menor, como opción para el punto 2.8.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1222	5419	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	111	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.6	Se solicita a la convocante considere el DQE como principal parametro evaluador de la calidad de imagen por considerar la relación de todos los parametros que afectan la calidad de imagen (resolución espacial, contraste y ruido) y que representa cabalmente la eficiencia de los pixeles activos del detector. ¿se acepta?	Id DEM: 5419, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.6. DQE de 65% o resolución de 3.5 lp/mm o mayor para 2D y 3D (crecimiento a 3D), establecido en la presente convocatoria.
1223	3586	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	5	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.6	Punto 2.8. 6 Solicitamos a la convocante nos permita mejorar el DQE a 60% a 0.5 lp/mm o resolución espacial máxima de 8 lp /mm o mayor. Ya que esto nos permite asegurar una mejor sensibilidad del detector. ¿Se acepta?	Id DEM: 3586, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.6. DQE a 65% o resolución espacial de 3.5 lp /mm o mayor para 2D y 3D (crecimiento a 3D), establecido en la presente convocatoria.
1224	4411	SIEMENS HEALTHCARE	19	19	Mastografía digital de campo	2.8.6	POR CUESTIONES DE REFERENCIACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE	Id DEM: 4411, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.6. DQE a

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.			completo.		PUNTO CON UNA CARTA DEL FABRICANTE Y/O FILIAL DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	65% o resolución espacial de 3.5 lp/mm o mayor para 2D y 3D (crecimiento a 3D), establecido en la presente convocatoria.
1225	6498	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	11	19	Mastografía digital de campo completo.	3.2	Solicitamos a la convocante se omita el soporte para el dispositivo de toma de biopsia, ya que en las bases se está solicitando un equipo para tamizaje y no un equipo que incluya módulo de biopsia por estereotaxia, por lo que no se utilizará el soporte. Sin embargo, se deberá asegurar al instituto que los equipos ofertados garanticen el crecimiento a futuro para realizar procedimientos de biopsia por estereotaxia con la finalidad de que a futuro esto no represente un doble gasto para el instituto	Id DEM: 6498, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.4.
1226	6553	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	17	19	Mastografía digital de campo completo.	3.2	Solicitan soporte para el dispositivo de toma de biopsia. Entendemos que es necesario que el equipo permita hacer marcajes manuales. ¿Es correcto?	Id DEM: 6553, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al numeral 3.2 Soporte para el dispositivo de toma de biopsia.
1227	3998	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	20	19	Mastografía digital de campo completo.	3.2	Según la definición en la cedula, este equipo se requiere para realizar estudios de tamizaje, por lo que se entiende que la especificación en punto 3.2 es una opción adicional a los requerimientos básicos. Con el objetivo de que el instituto obtenga la tecnología adecuada para cumplir con los lineamientos que esta licitación estipula, optimizar recursos y garantizar que las unidades médicas adquieran equipos escalables para requerimientos clínicos futuros, se solicita a la convocante que el punto 3.2 se pueda referenciar como "Con crecimiento u opción de biopsia por estereotaxia". ¿Se acepta?	Id DEM: 3998, Respuesta: Favor de remitirse a Precisión Técnico Médica referente al numeral 3.2.
1228	3999	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	21	19	Mastografía digital de campo completo.	3.2	En caso de ser negativa la pregunta anterior y el punto 3.2 haga referencia a soporte para marcaje manual de biopsia, se solicita a la convocante nos permita referenciar como "Paleta perforada para marcajes o procedimientos para realizar biopsia". ¿Se acepta?	Id DEM: 3999, Respuesta: No se acepta, no es negativa la respuesta anterior.
1229	5252	DIMSIA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	1	19	Mastografía digital de campo completo.	2.1.1	Es importante contar con un generador con potencia superior ya que en el caso de manías densas la técnica radiográfica puede alcanzar los 35 kV con corriente de 120 mA, lo cual demandaría una potencia de 4.2 kW (35 kV x 120 mA = 4.2 kW), como se puede observar la potencia del generador de 4kW no sería suficiente y se tendría que compensar con tiempo de exposición, más largos para cumplir con la técnica radiológica. Por lo que se recomienda contar con un generador de 5 kW o mayor. ¿Se acepta?	Id DEM: 5252, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con generador potencia de 5 kW o mayor, como opción para el punto 2.1.f., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1230	5714	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	36	19	Mastografía digital de campo completo.	2.1.1	Con la finalidad de maximizar las capacidades del equipo y cubrir cualquier tipo de mama (incluso las más densas o con implantes), se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo de al menos 8kW. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5714, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con generador potencia de 8 kW o mayor, como opción para el punto 2.1.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1231	5253	DIMSIA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	2	19	Mastografía digital de campo completo.	2.1.2	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta se deba ofertar un equipo con un rango de 2 mAs o menor a 600 mAs o mayor lo que mejoraría considerablemente la calidad de las imágenes ¿Se acepta?	Id DEM: 5253, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de 2 mAs o menor a 600 mAs o mayor, como opción para el punto 2.1.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1232	5969	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	38	19	Mastografía digital de campo completo.	2.1.2	Solicitamos a la convocante dada la productividad que el instituto tendrá, y para que el equipo no quede obsoleto en este rubro a futuro, se deberá ofertar tiempo entre exposiciones de 12 segundos o menor.	Id DEM: 5969, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1233	5258	DIMSIA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	7	19	Mastografía digital de campo completo.	2.14	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que para asegurar que se ofertarán los últimos modelos de equipos de alta tecnología y vanguardia se verá demostrar crecimiento a futuro con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar crecimiento de sistema que permita realizar procedimientos de Biopsia estereotáxica en posición vertical y mediante mesa sistema que permita realizar procedimientos de Biopsia estereotáxica en posición vertical y mediante mesa ¿Se acepta?	Id DEM: 5258, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar crecimiento de sistema que permita realizar procedimientos de Biopsia estereotáxica en posición vertical y mediante mesa sistema que permita realizar procedimientos de Biopsia estereotáxica en posición vertical y mediante mesa ¿Se acepta?
1234	3587	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	6	19	Mastografía digital de campo completo.	2.14	Solicitamos a la convocante, acepte ofertar equipos que permitan el crecimiento a futuro (escalable), pudiendo ser de igual o diferente marca del mastógrafo, ¿se acepta?	Id DEM: 3587, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D, establecido en la presente convocatoria.
1235	3588	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	7	19	Mastografía digital de campo completo.	2.14	Punto 2.14 Recomendamos a la convocante, se solicite crecimiento a futuro con el mismo equipo (escalable) para poder realizar tomosíntesis, biopsia estereotáxica, biopsia guiada por tomosíntesis y que permita realizar manografías con realce de contraste mediante técnica de energía dual (CEDM), ¿Se acepta?	Id DEM: 3588, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D, establecido en la presente convocatoria.
1236	5254	DIMSIA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	3	19	Mastografía digital de campo completo.	2.2.1	El propósito de las unidades para detección temprana de cáncer de mama es realizar la mayor cantidad de estudios en los pacientes, por lo que el equipo de Mastografía debe tener la capacidad de poder realizar una gran cantidad de exposiciones sin tiempos de espera entre pacientes. Esta característica está ligada	Id DEM: 5254, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de capacidad calorífica del ánodo de 300,000 HU o mayor, como opción para el punto 2.2.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1237	5715	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	37	19	Mastografía digital de campo completo.	2.2.1	a la capacidad de almacenamiento térmico del ánodo, cuando es un valor bajo, el tubo se calentará rápidamente y por seguridad, el sistema detendrá el funcionamiento hasta que se enfríe el ánodo para continuar las exposiciones. Por lo anterior sugerimos a la convocante que los equipos a ofertar cuenten con capacidad de almacenamiento calorífico en ánodo de 300,000 HU o mayor. ¿Se acepta?	Id DEM: 5715, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de capacidad calorífica del ánodo de 300 KJU o mayor, como opción para el punto 2.2.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1238	6001	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	21	19	Mastografía digital de campo completo.	2.2.2	Con la finalidad de mejorar la productividad, el tiempo de vida del tubo y el flujo de trabajo maximizando las capacidades del equipo y teniendo en cuenta los volúmenes a los que pudiera ser sometido el equipo, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un tubo de rayos X de al menos 300KJU. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6001, Respuesta: Se acepta referenciar selección automática de filtros para mastografía de al menos uno de los siguientes: Plata o Ag, como opción para el punto 2.2.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1239	5255	DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	4	19	Mastografía digital de campo completo.	2.3	Consideramos además que el equipo debe contar con capacidad de crecimiento a movimiento de inclinación (tilt) de -15°/+40° del Brazo o Gantry, logrando la relajación del músculo pectoral aprovechando la gravedad sobre la mama y por lo tanto permite obtener mayor observación de tejido retromamario y permite tener un mejor posicionamiento del equipo para pacientes en silla de ruedas. ¿Se acepta?	Id DEM: 5255, Respuesta: No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1240	5256	DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	5	19	Mastografía digital de campo completo.	2.3.1	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que para que adquiera un equipo que permite un mejor posicionamiento del paciente se deba ofertar una rotación de +180°/-180° ¿Se acepta?	Id DEM: 5256, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de rotación de +180°/-180° o mayor, como opción para el punto 2.3.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1241	3582	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	1	19	Mastografía digital de campo completo.	2.3.1	Punto 2.3.1. Solicitamos a la convocante que la rotación sea 190°/190° o mayor. Ya que un mayor rango de rotación permite tomar proyecciones en ángulos más cómodos para el paciente. ¿Se acepta?	Id DEM: 3582, Respuesta: Se acepta ofertar rotación de 190°/190° o mayor (380°) como opción para el punto 2.3.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1242	5716	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	38	19	Mastografía digital de campo completo.	2.3.2	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un brazo con movimiento vertical de 60° o menor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5716, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de movimiento vertical de 60° o menor, como opción para el punto 2.3.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1243	5970	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	39	19	Mastografía digital de campo completo.	2.4	Solicitamos a la convocante para evitar una lesión a la paciente y cumplir con el protocolo de ACR para compresión máxima de 200 N, se permita ofertar equipo que cumpla únicamente con la compresión motorizada y manual de 200 N o menor, ya que el equipo que permitan un mayor compresión pueden una lesión a la paciente. ¿se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5970, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1244	3583	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	2	19	Mastografía digital de campo completo.	2.5	Punto 2.5 Solicitamos a la convocante nos permita mejorar el tamaño del Plato o placa o paleta de compresión ofreciendo 18 x 24 cm o mayor y 24 x 30 cm o mayor. Una paleta más grande nos permite una mayor superficie de contacto, menor espesor de la manija y mejor calidad de imagen. ¿Se acepta?	Id DEM: 3583, Respuesta: Se acepta ofertar plato o placa o paleta de compresión de 18 x 24 cm o mayor y de 24 x 30 cm o mayor, como opción para el punto 2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1245	5257	DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	6	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.5	Entendemos que para asegurar la calidad de las imágenes y el desempeño cuántico del detector el tamaño de pixel deberá ser de 100 micrones o menor tanto para imágenes 2D de mastografía y para 3D o tomosíntesis (crecimiento a 3D) ¿Se acepta?	Id DEM: 5257, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un detector el tamaño de pixel deberá ser de 100 micrones o menor tanto para imágenes 2D de mastografía y para 3D o tomosíntesis, como opción para el punto 2.8.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1246	5717	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	39	19	Mastografía digital de campo completo.	2.9.2	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una matriz de 1MP o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5717, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.2. Matriz de 2 MP o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1247	5718	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	40	19	Mastografía digital de campo completo.	3.1.1	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una pantalla de 19" o mayor con matriz de 2MP. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5718, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.1. Dos pantallas LCD o TFT de 21" o mayor con matriz de 5 MP y sensor integrado para calibración (incluir marca y modelo), establecido en la presente convocatoria.
1248	5719	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	41	19	Mastografía digital de campo completo.	3.1.2	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una pantalla de 15" o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5719, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.2. Pantalla LCD o TFT de 19" o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1249	5720	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	42	19	Mastografía digital de campo completo.	3.2	Debido a que, en la cédula de este equipo, el instituto no pide un sistema de estereotaxia, solicitamos de la manera más atenta a la convocante permita no ofertar el soporte para el dispositivo de toma de biopsia, ya que es propio del módulo de biopsia. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5720, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnica Médica referente al numeral 3.2 Soporte para el dispositivo de toma de biopsia.
1250	6002	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22	19	Mastografía digital de campo completo.	3.2	Lo solicitado corresponde a una característica de un equipo que incluye sistema para la realización de Biopsia estereotáxica y sólo encarecería la oferta, solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que este equipo no incluye la capacidad	Id DEM: 6002, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnica Médica referente al numeral 3.2 Soporte para el dispositivo de toma de biopsia.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							de crecimiento a Biopsia estereotáxica este punto se quede como opcional o que se deba demostrar la capacidad de crecimiento a futuro ¿Se acepta?	
1251	6003	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23	19	Mastografía digital de campo completo.	3.2	En caso de que la pregunta anterior sea negativa, entendemos que se debería ofertar un soporte para el dispositivo de toma de Biopsia de corte, trócut o BARD ¿Se acepta?	Id DEM: 6003, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnica referente al numeral 3.2 Soporte para el dispositivo de toma de biopsia.
1252	3584	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	3	19	Mastografía digital de campo completo.	2.8.2	Punto 2.8.2 Solicitamos a la convocante que el rango dinámico sea de 16 bits o mayor. Esto nos permitirá tener una mayor profundidad y matices de color, pudiendo diferenciar las intensidades de este ¿Se acepta?	Id DEM: 3584, Respuesta: Se acepta ofertar profundidad o rango dinámico de 16 bits o mayor, como opción para el punto 2.8.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1253	5624	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	23	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.1, 2.12	Un sistema electrohidráulico demanda mantenimiento constante por la derrama de aceite, generando además un sitio inseguro por requerido por la convocante se encuentra debidamente la misma derrama de líquido y pérdida total o parcial de las funciones que dependen de este fluido. Existen mejoras tecnológicas en los accionamientos de las mesas quirúrgicas, mucho más limpias, seguras y silenciosas, que están sustituyendo a la tecnología electrohidráulica. Para fomentar la participación de las mejoras tecnológicas en este proceso de licitación pública, ¿se nos permite ofrecer mesa quirúrgica electromotorizada?	Id DEM: 5624, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1254	5627	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	26	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.10.3	Entendemos que al solicitar la capacidad para dar la posición de inefectividad o de ríñon, la mesa deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a este uso, ¿es correcta esta apreciación?	Id DEM: 5627, Respuesta: Es correcta su apreciación.
1255	5628	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	27	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.10.5	Al solicitar que las secciones de piernas en placas independientes sean abatibles, ¿la convocante requiere, para seguridad de los médicos y enfermeras, que dichas piernas cuenten con apoyo neumático para evitar una caída accidental sobre el pie o tobillo del personal médico?	Id DEM: 5628, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1256	5629	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	28	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.10.5	Para facilitar el accionar de las piernas independientes, entendemos que deberá ser a través de una palanca de liberación de pistón neumático y no a través de engranes de posicionamiento manual, ¿es esto correcto?	Id DEM: 5629, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1257	5630	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS	29	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.12.3	Solicitamos se nos acepte la referenciación de este punto mediante los movimientos Flex/Reflex, ¿se acepta?	Id DEM: 5630, Respuesta: Se acepta referenciar mediante los movimientos de flex y reflex como opción para el punto 2.12.3 Que permita dar la posición de Kraske o navaja

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1258	5216	DEWIMED, S.A.	13	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.13	SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE CONTROL DE COLUMNA DE LA MESA. CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE DE ESTAR EN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO, DEBEMOS ENTENDER QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO DE MANDO, POR LO QUE EL SISTEMA DEBERÁ DE SER POR MEDIO DE BOMBEO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	se villana, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5216, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO DE MANDO, POR LO QUE EL SISTEMA DEBERÁ DE SER POR MEDIO DE BOMBEO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
1259	5217	DEWIMED, S.A.	14	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.16	COJINES INDEPENDIENTES. DEBEMOS ENTENDER QUE AL OFERTAR TECNOLOGÍA NUEVA EN LA FABRICACIÓN DE LOS COJINES ESTOS DEBEN DE EVITAR LESIONES A PACIENTES EN CIRUGÍAS DE LARGO PLAZO. POR ESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR COJINES CON ACOLCHADO DE ESPUMA VISCO ELÁSTICA SUAVES ANTI PRESIÓN, IMPERMEABLES Y DESMONTABLES, Y QUE LOS COJINES INDEPENDIENTES SEAN SOLAMENTE EN LAS SECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES Y CABEZA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5217, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y en el numeral 2.16.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1260	5631	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	30	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.16	Se ha demostrado que el posicionamiento del paciente durante la cirugía es fundamental para no tener secuelas (daño en nervios) que pueden aumentar la estancia dentro del hospital. lo cual genera un gasto importante para los sistemas de salud; por ello ponemos a su amable consideración que se oferten colchones viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones, ¿se acepta?	Id DEM: 5631, Respuesta: Se acepta ofertar colchones viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones, como opción para el numeral 2.16 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles, establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente que son independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y lo establecido en el numeral 2.16.1 Permeables a los Rayos X.
1261	6342	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	78	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.16.1	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LOS COLCHONES DEL EQUIPO PERMITAN SU UTILIZACIÓN CON EQUIPOS DE RAYOS X COMO EL ARCO EN C. ¿ES	Id DEM: 6342, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a lo solicitado en el punto 2.16.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1262	5625	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	24	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.3	El aumento en el índice de obesidad representa en México un serio problema; por ello sugerimos a la amable convocante considerar que la mesa debe soportar el peso del paciente, accesorios y probables maniobras de emergencia (como el RCP) que aplican una fuerza vertical mayor, y por estas razones se debe tener equipos que puedan dar atención a esta creciente demanda nacional y brindar al personal médico herramientas seguras para la atención de los pacientes. Ante esto, ¿se deberá ofrecer la mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg. para cubrir esta necesidad?	Id DEM: 5625, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg., como opción para el numeral 2.3 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor, sin ser obligatoria para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1263	5626	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	25	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.8	El acero al carbon pintado es susceptible de oxidarse en ambientes de alta humedad y al contacto con el agua y otros líquidos que se utilizan para la desinfección de la mesa quirúrgica, reduciendo el tiempo de vida del bien y poniendo en riesgo al paciente por contraer una infección nosocomial. Con base en el argumento anterior, ¿la convocante requiere que la estructura de la superficie sea necesariamente de acero inoxidable o acero al cromo niquel?	Id DEM: 5626, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a las Precisiones Técnicas.
1264	6343	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	79	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6343, Respuesta: Se acepta. La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
1265	6344	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	80	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	3.1.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6344, Respuesta: Se acepta REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO como opción para el punto 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), debiendo comprobar que los soportes son laterales, acojinados y cuentan con fijadores e incluir la marca y el modelo y/o número de catálogo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1266	6345	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	81	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	3.1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6345, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.8 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
1267	5889	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	1	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.12.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACION POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5889, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propias del equipo a ofertar.
1268	4899	BERCLAN, S.A. DE C.V.	31	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.13	Entendemos que la convocante solicita un sistema de emergencia por medio de control en la columna de la mesa en caso de que el control de mano falle. Por lo que solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar sistema de emergencia de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, esto para no limitar la libre participación de las empresas. ¿Se acepta?	Id DEM: 4899, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere el sistema de emergencia, ni la tecnología del fabricante, ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1269	4900	BERCLAN, S.A. DE C.V.	32	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.14	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la función automática de retorno a la posición horizontal mediante control principal que permite posicionar la mesa a un estado inicial como opción para el punto 2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, debiendo comprobar su funcionamiento de manera automática, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. ¿Se acepta?	Id DEM: 4900, Respuesta: Se acepta ofertar la función automática de retorno a la posición horizontal mediante control principal que permite posicionar la mesa a un estado inicial como opción para el punto 2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, debiendo comprobar su funcionamiento de manera automática, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1270	4902	BERCLAN, S.A. DE C.V.	34	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.14	Entendemos que la convocante solicita un sistema de emergencia por medio de control en la columna de la mesa en caso de que el control de mano falle. Por lo que solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar sistema de emergencia de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, esto para no limitar la libre participación de las empresas. ¿Se acepta?	Id DEM: 4902, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere el sistema de emergencia, ni la tecnología del fabricante, ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1271	4903	BERCLAN, S.A. DE C.V.	35	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.15	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la función automática de retorno a la posición horizontal mediante control principal que permite posicionar la mesa a un estado inicial como opción para el punto 2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, debiendo comprobar su funcionamiento de manera automática, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. ¿Se acepta?	Id DEM: 4903, Respuesta: Se acepta ofertar la función automática de retorno a la posición horizontal mediante control principal que permite posicionar la mesa a un estado inicial como opción para el punto 2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, debiendo comprobar su funcionamiento de manera automática, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1272	4898	BERCLAN, S.A.	30	20	Mesa Quirúrgica	2.2	Entendemos que la convocante requiere que la mesa soporte un	Id DEM: 4898, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DE C.V.			Electrohidráulica (Para Cirugía General)		peso de 185 kg o mayor. Entendemos que al solicitar el peso de 185 kg. Muchas marcas lo manejan como su peso máximo. Por lo que se debería considerar que el peso que solicita la convocante es el peso ideal de trabajo y que permite mover la mesa sin restricciones. Debido a lo anterior, entendemos que el peso ideal para una mesa de trabajo como la que se solicita es de al menos 300 kg., para permitir que pacientes de cualquier condición física sean tratados y no limitar el acceso a ningún tipo de población. ¿Se acepta?	requerido por la convocante para el punto 2.3 que soporte un peso de 185kg o mayor.
1273	5283	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	14	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.10	De acuerdo al cuadro básico Institucional de equipo médico IMSS con fecha de actualización jueves, 27 de julio de 2017, Clave 531.616.5108, Citando " Mesa dividida en al menos 4 secciones" Pedimos amablemente a la convocante el respetar esta especificación.	Id DEM: 5283, Respuesta: En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados"
1274	5284	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	15	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.10	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de 5 secciones ± 1 sección.	Id DEM: 5284, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10 Mesa dividida en al menos cinco secciones, establecido en la presente convocatoria.
1275	5286	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	17	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.10.3	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga mejores propuestas acepte, el ofertar un accesorio que cumpla con esta función.	Id DEM: 5286, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10.3 Elevador de la región lumbar o de rifón, para dar la posición de reclinación (la mesa deba tener la capacidad para dar la posición), establecido en la presente convocatoria.
1276	5285	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	16	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	2.14	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes nos permita el ofertar una mesa con regreso a la posición cero, que no sea de manera automática, sino con combinación de diferentes movimientos hasta llegar a la posición de horizontal.	Id DEM: 5285, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, establecido en la presente convocatoria.

No. LA-019GYR040-E8-2017

MEXICO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1277	5282	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	13	20	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General)	Sin Referencia	Queda por entendido que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5282, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1278	5632	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	31	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.1, 2.12	Un sistema electrohidráulico demanda mantenimiento constante por la derrama de aceite, generando además un sitio inseguro por la misma derrama de líquido y pérdida total o parcial de las funciones que dependen de este fluido. Existen mejoras tecnológicas en los accionamientos de las mesas quirúrgicas, mucho más limpias, seguras y silenciosas, que están sustituyendo a la tecnología electrohidráulica. Para fomentar la participación de las mejoras tecnológicas en este proceso de licitación pública, ¿se nos permite ofrecer mesa quirúrgica electromotorizada?	Id DEM: 5632, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1279	5635	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	34	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.10.3	Entendemos que al solicitar la capacidad para dar la posición de nefrectomía o de riñón, la mesa deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a este uso, ¿es correcta esta apreciación?	Id DEM: 5635, Respuesta: Es correcta su apreciación.
1280	5636	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	35	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.10.5	Al solicitar que las secciones de pierneras en placas independientes sean abatibles, ¿la convocante requiere, para seguridad de los médicos y enfermeras, que dichas pierneras cuenten con apoyo neumático para evitar una caída accidental sobre el pie o tobillo del personal médico?	Id DEM: 5636, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de pierneras en placas independientes.
1281	5637	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	36	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.10.5	Para facilitar el accionar de las pierneras independientes, entendemos que deberá ser a través de una palanca de liberación de pistón neumático y no a través de engranes de posicionamiento manual, ¿es esto correcto?	Id DEM: 5637, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de pierneras en placas independientes.
1282	5638	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	37	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.12.3	Solicitamos se nos acepte la referenciación de este punto mediante los movimientos Flex/Reflex, ¿se acepta?	Id DEM: 5638, Respuesta: Se acepta referenciar mediante los movimientos de flex y reflex como opción para el punto 2.12.3 Que permita dar la posición de Kraske o navaja sevillana, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1283	5218	DEWIMED, S.A.	15	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.13	SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE CONTROL DE COLUMNA DE LA MESA. CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE DE ESTAR EN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO, DEBEMOS ENTENDER QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN DEBEMOS ENTENDER QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA PARA ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, como opción	Id DEM: 5218, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DEBEMOS ENTENDER QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA PARA ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, como opción

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1284	5219	DEWIMED, S.A.	16	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.16	AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, POR LO QUE EL SISTEMA DEBERÁ DE SER POR MEDIO DE BOMBEO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	para el punto 2.13 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5219, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, EN CIRUGÍAS DE LARGO PLAZO. POR ESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR COJINES CON ACOLCHADO DE ESPUMA VISCO ELÁSTICA SUAVES, ANTI PRESIÓN, IMPERMEABLES Y DESMONTABLES, Y QUE LOS COJINES INDEPENDIENTES SEAN SOLAMENTE EN LAS SECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES Y CABEZA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
1285	5639	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	38	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.16	Se ha demostrado que el posicionamiento del paciente durante la cirugía es fundamental para no tener secuelas (daño en nervios) que pueden aumentar la estancia dentro del hospital, lo cual genera un gasto importante para los sistemas de salud; por ello ponemos a su amable consideración que se oferten cojines viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones, ¿se acepta?	Id DEM: 5639, Respuesta: Se acepta ofertar cojines viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones, como opción para el numeral 2.16 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles, establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente que son independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y lo establecido en el numeral 2.16.1 Permeables a los Rayos X.
1286	6346	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	82	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.16.1	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LOS COLCHONES DEL EQUIPO PERMITAN SU UTILIZACIÓN CON EQUIPOS DE RAYOS X COMO EL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6346, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a lo solicitado en el punto 2.16.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1287	5633	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	32	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.3	El aumento en el índice de obesidad representa en México un serio problema; por ello sugerimos a la amable convocante considerar que la mesa debe soportar el peso del paciente, accesorios y probables maniobras de emergencia (como el RCP) que aplican una fuerza vertical mayor, y por estas razones se debe tener equipos que puedan dar atención a esta creciente demanda	Id DEM: 5633, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg, como opción para el numeral 2.3 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor, sin ser obligatoria para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1288	5634	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	33	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.8	nacional y brindar al personal médico herramientas seguras para la atención de los pacientes. Ante esto, ¿se deberá ofrecer la mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg. para cubrir esta necesidad? El acero al carbón pintado es susceptible de oxidarse en ambientes de alta humedad y al contacto con el agua y otros líquidos que se utilizan para la desinfección de la mesa quirúrgica, reduciendo el tiempo de vida del bien y poniendo en riesgo al paciente por contraer una infección nosocomial. Con base en el argumento anterior, ¿la convocante requiere que la estructura de la superficie sea necesariamente de acero inoxidable o acero al cromo níquel?	Id DEM: 5634, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a las Precisiones Técnicas.
1289	6347	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	83	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6347, Respuesta: Se acepta. La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
1290	6348	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	84	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	3.1.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6348, Respuesta: Se acepta REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO como opción para el punto 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores, (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), debiendo comprobar que los soportes son laterales, acojinados y cuentan con fijadores e incluir la marca y el modelo y/o número de catálogo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1291	5640	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	39	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	3.1.8	Para la posición de litotomía existe un accesorio que es más cómodo y fácil de colocar por parte del personal de enfermería, además de ofrecer un sistema de amortiguamiento que le quita la rigidez a la posición y es adaptable a cualquier talla de paciente. Con la intención que el Instituto cuente con accesorios verdaderamente cómodos tanto para el paciente como para el personal médico, ¿en este numeral deberá colizarse bolas para litotomía?	Id DEM: 5640, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.8 Soportes para piernas de doble litón o con soportes para litón para la posición de litotomía, (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1292	6349	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	85	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	3.1.9	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6349, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.9 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
1293	4154	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	14	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	General	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4154, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente propias del equipo a ofertar.
1294	5890	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	2	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.12.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5890, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propias del equipo a ofertar.
1295	5288	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	19	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.10	De acuerdo al cuadro Básico Institucional de equipo médico IMSS con fecha de actualización jueves, 27 de julio de 2017, Clave 531.616.5108, Citando "Mesa dividida en al menos 4 secciones". Pedimos amablemente a la convocante el respetar esta especificación.	Id DEM: 5288, Respuesta: En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las instituciones destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados".
1296	5289	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	20	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.10	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de 5 secciones ± 1 sección	Id DEM: 5289, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10 Mesa dividida en al menos cinco secciones., establecido en la presente convocatoria.
1297	5291	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	22	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.10.3	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga mejores propuestas acepte, el ofertar un accesorio que cumpla con esta función	Id DEM: 5291, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa deba tener la capacidad para dar la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1298	5290	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	21	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	2.14	Para no limitar la libre partición y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas conveniente nos permita el ofertar una mesa con regreso a la posición cero, que no sea de manera automática, sino con combinación de diferentes movimientos hasta llegar a la posición de horizontal. ¿Favor de aclarar?	posición), establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 5290, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, establecido en la presente convocatoria.
1299	5287	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	18	21	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología)	Sin Referencia	Queda por entenderlo que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5287, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1300	5641	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	40	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.1, 2.12	Un sistema electrohidráulico demanda mantenimiento constante por la derrama de aceite, generando además un sitio inseguro por la misma derrama de líquido y pérdida total o parcial de las funciones que dependen de este fluido. Existen mejoras tecnológicas en los accionamientos de las mesas quirúrgicas, mucho más limpias, seguras y silenciosas, que están sustituyendo a la tecnología electrohidráulica. Para fomentar la participación de las mejoras tecnológicas en este proceso de licitación pública, ¿se nos permite ofrecer mesa quirúrgica electromotorizada?	Id DEM: 5641, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1301	5644	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	43	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.10.3	Entendemos que al solicitar la capacidad para dar la posición de nefrectomía o de riñón, la mesa deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a este uso, ¿es correcta esta apreciación?	Id DEM: 5644, Respuesta: Es correcta su apreciación.
1302	5645	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	44	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.10.5	Al solicitar que las secciones de piernas en placas independientes sean abatibles, ¿la convocante requiere, para seguridad de los médicos y enfermeras, que dichas piernas cuenten con apoyo neumático para evitar una caída accidental sobre el pie o tobillo del personal médico?	Id DEM: 5645, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1303	5646	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	45	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.10.5	Para facilitar el accionar de las piernas independientes entendemos que deberá ser a través de una palanca de liberación de pistón neumático y no a través de engranajes de posicionamiento manual, ¿es esto correcto?	Id DEM: 5646, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1304	5647	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	46	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.12.3	Solicitamos se nos acepte la referencia de este punto mediante los movimientos Flex/Reflex, ¿se acepta?	Id DEM: 5647, Respuesta: Se acepta referenciar mediante los movimientos de flex y reflex como opción para el punto 2.12.3 Que permita dar la posición de Kraske o navaja sevillana, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1305	5220	DEWIMED, S.A.	17	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.13	SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE CONTROL DE COLUMNA DE LA MESA. CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE DE ESTAR EN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO DEBEMOS ENTENDER QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO DE MANDO, POR LO QUE EL SISTEMA DEBERÁ DE SER POR MEDIO DE BOMBEO. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	de esta manera. Id DEM: 5220, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, como opción para el punto 2.13 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1306	5221	DEWIMED, S.A.	18	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.16	COJINES INDEPENDIENTES. DEBEMOS ENTENDER QUE AL OFERTAR TECNOLOGÍA NUEVA EN LA FABRICACIÓN DE LOS COJINES ESTOS DEBEN DE EVITAR LESIONES A PACIENTES EN CIRUGÍAS DE LARGO PLAZO. POR ESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR COJINES CON ACOLCHADO DE ESPUMA VISCO ELÁSTICA SUAVES, ANTI PRESIÓN, IMPERMEABLES Y DESMONTABLES, Y QUE LOS COJINES INDEPENDIENTES SEAN SOLAMENTE EN LAS SECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES Y CABEZA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5221, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y en el numeral 2.16.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1307	5648	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	47	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.16	Se ha demostrado que el posicionamiento del paciente durante la cirugía es fundamental para no tener secuelas (daño en nervios) que pueden aumentar la estancia dentro del hospital, lo cual genera un gasto importante para los sistemas de salud; por ello ponemos a su amable consideración que se oferten colchones viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones. ¿se acepta?	Id DEM: 5648, Respuesta: Se acepta ofertar colchones viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones, como opción para el numeral 2.16 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles, establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente que son independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y lo establecido en el numeral 2.16.1 Permeables a los Rayos X.
1308	6350	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	86	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.16.1	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LOS COLCHONES DEL EQUIPO PERMITAN SU UTILIZACIÓN CON EQUIPOS DE RAYOS X COMO EL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6350, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a lo solicitado en el punto 2.16.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1309	5642	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	41	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.3	El aumento en el índice de obesidad representa en México un serio problema; por ello sugerimos a la amable convocante considerar que la mesa debe soportar el peso del paciente, accesorios y probables maniobras de emergencia (como el RCP) que aplican una fuerza vertical mayor. Y por estas razones se debe tener equipos que puedan dar atención a esta creciente demanda nacional y brindar al personal médico herramientas seguras para la atención de los pacientes. Ante esto, ¿se deberá ofrecer la mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg. para cubrir esta necesidad?	Id DEM: 5642, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg., como opción para el numeral 2.3 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor., sin ser obligatoria para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1310	5643	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	42	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.8	El acero al carbón pintado es susceptible de oxidarse en ambientes de alta humedad y al contacto con el agua y otros líquidos que se utilizan para la desinfección de la mesa quirúrgica, reduciendo el tiempo de vida del bien y poniendo en riesgo al paciente por contraer una infección nosocomial. Con base en el argumento anterior, ¿la convocante requiere que la estructura de la superficie sea necesariamente de acero inoxidable o acero al cromo níquel?	Id DEM: 5643, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a las Precisiones Técnicas.
1311	6351	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	87	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6351, Respuesta: Se acepta. La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
1312	6352	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	88	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	3.1.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6352, Respuesta: Se acepta REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO como opción para el punto 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), debiendo comprobar que los soportes son laterales, acojinados y cuentan con fijadores e incluir la marca y el modelo y/o número de catálogo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1313	6353	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	89	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica	3.1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS	Id DEM: 6353, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.8

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1314	6354	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	90	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	3.19, 3.1.10	PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
1315	6355	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	91	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	3.19, 3.1.10	DEBIDO A QUE ESTOS DOS ACCESORIOS FORMAN PARTE DE UN SOLO SISTEMA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA REFERENCIAR AMBOS PUNTOS EN UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE AMBAS PARTES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6354, Respuesta: No es correcta su apreciación. La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera. En el entendido que el licitante deberá demostrar el Rodillo para posición proctológica o soporte iliaco, solicitado en el numeral 3.1.9 y el apoyo rodillas para posición proctológica con fijadores (2 piezas), indicado en el numeral 3.1.10. En este contexto, deberá ofertar y comprobar documentalmente 3 piezas.
1316	4155	INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.	15	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	General	ENTENDEMOS QUE PODEMOS INDICAR EL MISMO NUMERO DE CATALOGO PARA AMBOS ACCESORIOS DEBIDO A QUE ESTOS FORMAN PARTE DE UN SOLO SISTEMA PARA LA POSICION PROCTOLOGICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6355, Respuesta: No es correcto, con fines de comprobación documental como opción podrá indicar el mismo número de catálogo para ambos accesorios solicitados en los numerales 3.1.9 y 3.1.10, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar el Rodillo para posición proctológica o soporte iliaco, solicitado en el numeral 3.1.9 y el apoyo rodillas para posición proctológica con fijadores (2 piezas), indicado en el numeral 3.1.10. En este contexto, deberá ofertar y comprobar documentalmente 3 piezas.
1317	5891	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	3	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.12.1	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4155, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente propias del equipo a ofertar.
							SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACION POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5891, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propias del equipo a ofertar.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1318	5293	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	24	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.10	De acuerdo al cuadro básico Institucional de equipo médico IMSS con fecha de actualización jueves, 27 de julio de 2017, Clave 531.616.5108, Citando " Mesa dividida en al menos 4 secciones". Pedimos amablemente a la convocante el respetar esta especificación.	Id DEM: 5293, Respuesta: En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados".
1319	5294	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	25	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.10	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de 5 secciones ± 1 sección.	Id DEM: 5294, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10 Mesa dividida en al menos cinco secciones, establecido en la presente convocatoria.
1320	5296	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	27	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.10.3	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga mejores propuestas acepte, el ofertar un accesorio que cumpla con esta función.	Id DEM: 5296, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa deba tener la capacidad para dar la posición), establecido en la presente convocatoria.
1321	5295	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	26	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	2.14	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes nos permita el ofertar una mesa con regreso a la posición cero, que no sea de manera automática, sino con combinación de diferentes movimientos hasta llegar a la posición de horizontal. ¿Favor de aclarar?	Id DEM: 5295, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, establecido en la presente convocatoria.
1322	5292	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	23	22	Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología)	Sin referencia	Queda por entender que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5292, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1323	5649	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	48	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y	2.1, 2.12	Un sistema electrohidráulico demanda mantenimiento constante por la derrama de aceite, generando además un sitio inseguro por la misma derrama de líquido y pérdida total o parcial de las funciones que dependen de este fluido. Existen mejoras Movimientos electrohidráulicos con control remoto o de mano	Id DEM: 5649, Respuesta: Se acepta ofertar como opción mesa quirúrgica electromotorizada, como opción para los numerales 2.1 Mesa electrohidráulica rodable. y 2.12 Movimientos electrohidráulicos con control remoto o de mano

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					laminectomia).		tecnológicas en los accionamientos de las mesas quirúrgicas, mucho más limpias, seguras y silenciosas, que están sustituyendo a la tecnología electrodinámica. Para fomentar la participación de las mejoras tecnológicas en este proceso de licitación pública, ¿se nos permite ofrecer mesa quirúrgica electromotorizada?	alámbrico para, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente el control remoto o de mano alámbrico para, que se solicite.
1324	5652	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	51	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomia).	2.10.3	¿La mesa quirúrgica solicitada deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a cirugía renal?	Id DEM: 5652, Respuesta: Es correcta su apreciación.
1325	5653	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	52	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomia).	2.10.5	Al solicitar que las secciones de piernas en placas independientes sean abatibles, ¿la convocante requiere, para seguridad de los médicos y enfermeras, que dichas piernas cuenten con apoyo neumático para evitar una caída accidental sobre el pie o tobillo del personal médico?	Id DEM: 5653, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrodinámica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1326	5654	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	53	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomia).	2.10.5	Para facilitar el accionar de las piernas independientes entendemos que deberá ser a través de una palanca de liberación de pistón neumático y no a través de engranajes de posicionamiento manual, ¿es esto correcto?	Id DEM: 5654, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrodinámica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1327	6357	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	93	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomia).	2.12.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ALTURA MAXIMA DE HASTA 95 CM, YA QUE 5 CM MAS DE TOLERANCIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA TECNICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6357, Respuesta: Se acepta ofertar ALTURA MAXIMA DE HASTA 95 CM, como opción para el numeral 2.12.1 Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. ± 10 cm. Con respecto al piso, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1328	5655	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	54	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomia).	2.12.3	Solicitamos se nos acepte la referenciación de este punto mediante los movimientos Flex/Reflex, ¿se acepta?	Id DEM: 5655, Respuesta: Se acepta referenciar mediante los movimientos de flex y reflex como opción para el punto 2.12.3 Que permita dar la posición de Kraske o navaja sevillana, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1329	6358	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	94	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomia).	2.13	ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR SECCIONES DE CABEZA Y PIERNAS DESMONTABLE E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PUEDE DEMOSTRAR QUE EL DESPLAZAMIENTO QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO PUEDE REALIZARSE HACIA LA SECCION DE CABEZA O PIERNAS SEGUN SEA LA ORIENTACION DEL PACIENTE.	Id DEM: 6358, Respuesta: Es correcta su apreciación, la convocante permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabeza), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							ORIENTACION Y DE ESTA MANERA PERMITIR UN OPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la presente Cédula de Descripción de Artículo.
1330	6359	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	95	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.13.1	ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR SECCIONES DE CABEZA Y PIERNAS DESMONTABLE E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PUEDE DEMOSTRAR QUE EL DESPLAZAMIENTO QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO PUEDE REALIZARSE HACIA LA SECCION DE CABEZA O PIERNAS SEGUN SEA LA ORIENTACION. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6359, Respuesta: Es correcta su apreciación, la convocatoria permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la presente Cédula de Descripción de Artículo.
1331	6360	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	96	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.13.2	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LAS PLACAS DE CABEZA Y PIERNAS PUEDAN SER DESMONTABLES E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PARA SELECCIONAR LA ORIENTACION DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6360, Respuesta: No es correcta su apreciación, la convocatoria permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la presente Cédula de Descripción de Artículo.
1332	5222	DEWIMED, S.A.	19	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.14	SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE CONTROL DE COLUMNA DE LA MESA. CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE DE ESTAR EN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO. DEBEMOS ENTENDER QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRAULICA PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERIAS, FALLO DE MANDO, POR LO QUE EL SISTEMA DEBERÁ DE SER POR MEDIO DE BOMBEO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Id DEM: 5222, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRAULICA, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERIAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, como opción para el punto 2.14 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1333	5223	DEWIMED, S.A.	20	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.17	COJINES INDEPENDIENTES. DEBEMOS ENTENDER QUE AL OFERTAR TECNOLOGIA NUEVA EN LA FABRICACION DE LOS COJINES ESTOS DEBEN DE EVITAR LESIONES A PACIENTES EN CIRUGIAS DE LARGO PLAZO. POR ESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR COJINES CON ACOLCHADO DE ESPUMA VISCO ELASTICA SUAVES, ANTI PRESION, IMPERMEABLES Y DESMONTABLES, Y QUE LOS COJINES INDEPENDIENTES SEAN SOLAMENTE EN LAS SECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES Y CABEZA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5223, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y en el numeral 2.17.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1334	5656	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	55	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.17	Se ha demostrado que el posicionamiento del paciente durante la cirugía es fundamental para no tener secuelas (daño en nervios) que pueden aumentar la estancia dentro del hospital, lo cual genera un gasto importante para los sistemas de salud; por ello ponemos a su amable consideración que se oferten colchones viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones, ¿se acepta?	Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 de la descripción solicitada en el numeral 2.17.1 Permeables conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y en el numeral 2.17.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1335	6361	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	97	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.17.1	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LOS COLCHONES DEL EQUIPO PERMITAN SU UTILIZACIÓN CON EQUIPOS DE RAYOS X COMO EL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6361, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a lo solicitado en el punto 2.17.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1336	5650	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	49	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.3	El aumento en el índice de obesidad representa en México un serio problema; por ello sugerimos a la amable convocante considerar que la mesa debe soportar el peso del paciente, accesorios y probables maniobras de emergencia (como el RCP) que aplican una fuerza vertical mayor, y por estas razones se debe tener equipos que puedan dar atención a esta creciente demanda nacional y brindar al personal médico herramientas seguras para la atención de los pacientes. Ante esto, ¿se deberá ofrecer la mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg. para cubrir esta necesidad?	Id DEM: 5650, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg., como opción para el numeral 2.3 Que soporte un peso de 220 Kg o mayor., sin ser obligatoria para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1337	4393	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	2	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.5	Debemos entender que la longitud total de la mesa con cabecera y piernas debe ser de 210 cm con un tolerancia de +/- 20 cm. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 4393, Respuesta: No es correcto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5 Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 201 cm + 20 cm., establecido en la presente convocatoria.
1338	6356	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	92	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.5	ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTE PUNTO, Y LA CONVOCANTE SOLICITA LONGITUD CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 ± 20 CM, YA QUE DE OTRA MANERA SE ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6356, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar longitud total de la mesa con cabecera y piernas de 210 cm con una tolerancia de +/- 20 cm, como opción para el numeral Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1339	5651	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS	50	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.6	Solicitamos a la amable convocante se acepte base con cubierta de polímero resistente al alto impacto, que proteja a la base contra golpes con objetos metálicos y pesados, ¿se acepta?	Id DEM: 5651, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a lo solicitado en el numeral 2.6 Con base de acero inoxidable o acero al cromo níquel, establecido en la presente

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		OS, S.A. DE C.V.			neurocirugía y laminectomía).			convocatoria.
1340	6362	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	98	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6362, Respuesta: Se acepta. La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
1341	6363	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	99	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	3.1.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6363, Respuesta: Se acepta REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO como opción para el punto 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), debiendo comprobar que los soportes son laterales acojinados y cuentan con fijadores e incluir la marca y el modelo y/o número de catálogo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1342	6364	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	100	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	3.1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6364, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.8 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
1343	5657	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDIC OS, S.A. DE C.V.	56	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	3.1.9.1	Al solicitar cabezal craneal, ¿la propuesta deberá incluir la herradura acojinada?	Id DEM: 5657, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 20668 Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía), por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el instituto.
1344	5658	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDIC OS, S.A. DE C.V.	57	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	3.1.9.1	Para una mejor organización y guarda de los accesorios para neurocirugía, ¿la oferta deberá incluir una maleta para guarda y protección del cabezal y los pines?	Id DEM: 5658, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 20668 Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía), por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1345	4156	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	16	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	General	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Instituto. Id DEM: 4156, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1346	5892	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	4	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.12.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5892, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propia del equipo a ofertar.
1347	5682	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	2	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.13.1	Solicitamos amablemente a la convocante, tolerancia de 5 cm para este requerimiento, lo cual no afecta en el acceso necesario al arco "c" para realizar exploraciones radiográficas ni en el motivo de funcionalidad del equipo en los procedimientos a utilizar, además de ser una tolerancia mínima que permite mayor participación de la proveeduría	Id DEM: 5682, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, establecido en la presente convocatoria.
1348	5298	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	29	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.10	De acuerdo al cuadro básico Institucional de equipo médico IMSS con fecha de actualización jueves, 27 de julio de 2017, Clave 531.616.5108, Citando " Mesa dividida en al menos 4 secciones" Pedimos amablemente a la convocante el respetar esta especificación.	Id DEM: 5298, Respuesta: En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados".
1349	5299	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	30	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	2.10	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de 5 secciones ± 1 sección.	Id DEM: 5299, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10 Mesa dividida en al menos cinco secciones, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1350	5301	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	32	23	laminectomia).	2.10.3	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga mejores propuestas acepte, el ofertar un accesorio que cumpla con esta función.	Id DEM: 5301, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa deba tener la capacidad para dar la posición), establecido en la presente convocatoria.
1351	5300	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	31	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomia).	2.14	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes nos permita el ofertar una mesa con regreso a la posición cero, que no sea de manera automática, sino con combinación de diferentes movimientos hasta llegar a la posición de horizontal. ¿Favor de aclarar	Id DEM: 5300, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, establecido en la presente convocatoria.
1352	5297	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	28	23	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomia).	Sin Referencia	Queda por entenderlo que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5297, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1353	5659	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDIC OS, S.A. DE C.V.	58	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.1, 2.12	Un sistema electrohidráulico demanda mantenimiento constante por la derrama de aceite, generando además un sitio inseguro por mesa quirúrgica electromotorizada, como opción para los numerales 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, y 2.12 Movimientos electrohidráulicos con control remoto o de mano tecnologías en los accionamientos de las mesas quirúrgicas, alámbrico para: sin ser obligatorio para los demás licitantes mucho más limpias, seguras y silenciosas, que están sustituyendo hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar a la tecnología electrohidráulica. Para fomentar la participación de documentalmente el control remoto o de mano alámbrico las mejoras tecnológicas en este proceso de licitación pública, ¿se nos permite ofrecer mesa quirúrgica electromotorizada?	Id DEM: 5659, Respuesta: Se acepta ofertar como opción por la derrama de aceite, generando además un sitio inseguro por mesa quirúrgica electromotorizada, como opción para los numerales 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, y 2.12 Movimientos electrohidráulicos con control remoto o de mano tecnologías en los accionamientos de las mesas quirúrgicas, alámbrico para: sin ser obligatorio para los demás licitantes mucho más limpias, seguras y silenciosas, que están sustituyendo hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar a la tecnología electrohidráulica. Para fomentar la participación de documentalmente el control remoto o de mano alámbrico las mejoras tecnológicas en este proceso de licitación pública, ¿se nos permite ofrecer mesa quirúrgica electromotorizada?
1354	5661	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDIC OS, S.A. DE C.V.	60	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.10.2	Puesto que se solicita una mesa para cirugías ortopédicas y de traumatología, ¿el dorso descrito deberá ser de dos piezas, de tal manera que permita realizar la cirugía de hombro?	Id DEM: 5661, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar mesa quirúrgica con dorso de dos piezas, de tal manera que permita realizar la cirugía de hombro, como opción para el numeral 2.10.2 Dorso, debiendo ofertar y comprobar documentalmente las demás características solicitadas en los numerales 2.10.1, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5 y actualizar el numeral 2.10 con el número correspondiente de secciones totales con que cuente el equipo a ofertar. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1355	5662	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDIC	61	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para	2.10.3	¿La mesa quirúrgica solicitada deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a cirugía renal?	Id DEM: 5662, Respuesta: Es correcta su apreciación.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		OS, S.A. DE C.V.			ortopedia y traumatología).			
1356	5663	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	62	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.10.5	Al solicitar que las secciones de piernas en placas independientes sean abatibles, ¿la convocante requiere, para seguridad de los médicos y enfermeras, que dichas piernas cuenten con apoyo neumático para evitar una caída accidental sobre el pie o tobillo del personal médico?	Id DEM: 5663, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrodinámica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1357	5664	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	63	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.10.5	Para facilitar el accionar de las piernas independientes, entendemos que deberá ser a través de una palanca de liberación de pistón neumático y no a través de engranajes de posicionamiento manual, ¿es esto correcto?	Id DEM: 5664, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrodinámica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1358	6366	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	102	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.12.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ALTURA MAXIMA DE HASTA 95 CM, YA QUE 5 CM MAS DE TOLERANCIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA TECNICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6366, Respuesta: Se acepta ofertar ALTURA MAXIMA DE HASTA 95 CM, como opción para el numeral 2.12.1 Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. ± 10 cm. Con respecto al piso, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1359	5665	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	64	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.12.3	Solicitamos se nos acepte la referenciación de este punto mediante los movimientos Flex/Reflex, ¿se acepta?	Id DEM: 5665, Respuesta: Se acepta referenciar mediante los movimientos de flex y reflex como opción para el punto 2.12.3 Que permita dar la posición de Kraske o navaja seviliana, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1360	6367	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	103	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.13	ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR SECCIONES DE CABEZA Y PIERNAS DESMONTABLE E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PUEDE DEMOSTRAR QUE EL DESPLAZAMIENTO QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO PUEDE REALIZARSE HACIA LA SECCION DE CABEZA O PIERNAS SEGUN SEA LA ORIENTACION Y DE ESTA MANERA PERMITIR UN OPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6367, Respuesta: Es correcta su apreciación, la convocante permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la presente Cédula de Descripción de Artículo.
1361	6368	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	104	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.13.1	ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR SECCIONES DE CABEZA Y PIERNAS DESMONTABLE E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PUEDE DEMOSTRAR QUE EL DESPLAZAMIENTO QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO PUEDE REALIZARSE HACIA LA SECCION DE CABEZA O PIERNAS SEGUN SEA LA ORIENTACION. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6368, Respuesta: Es correcta su apreciación, la convocante permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1362	6369	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	105	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.13.2	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LAS PLACAS DE CABEZA Y PIERNAS PUEDAN SER DESMONTABLES E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PARA SELECCIONAR LA ORIENTACION DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	presente Cédula de Descripción de Artículo. Id DEM: 6369, Respuesta: No es correcta su apreciación, la convocante permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la presente Cédula de Descripción de Artículo.
1363	5224	DEWIMED, S.A.	21	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.14	SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE CONTROL DE COLUMNA DE LA MESA. CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE DE ESTAR EN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO. DEBEMOS ENTENDER QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, POR LO QUE EL SISTEMA DEBERÁ DE SER POR MEDIO DE BOMBEO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 5224, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, como opción para el punto 2.14 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1364	5225	DEWIMED, S.A.	22	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.17	COJINES INDEPENDIENTES. DEBEMOS ENTENDER QUE AL OFERTAR TECNOLOGÍA NUEVA EN LA FABRICACIÓN DE LOS COJINES ESTOS DEBEN DE EVITAR LESIONES A PACIENTES EN CIRUGÍAS DE LARGO PLAZO. POR ESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR COJINES CON ACOLCHADO DE ESPUMA VISCO ELÁSTICA SUAVES, ANTI PRESIÓN, IMPERMEABLES Y DESMONTABLES, Y QUE LOS COJINES INDEPENDIENTES SEAN SOLAMENTE EN LAS SECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES Y CABEZA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5225, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y en el numeral 2.17.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1365	5666	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	65	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.17	Se ha demostrado que el posicionamiento del paciente durante la cirugía es fundamental para no tener secuelas (daño en nervios) que pueden aumentar la estancia dentro del hospital, lo cual genera un gasto importante para los sistemas de salud; por ello ponemos a su amable consideración que se oferten colchones viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones, ¿se acepta?	Id DEM: 5666, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y en el numeral 2.17.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1366	6370	CASA PLARRE,	106	24	Mesa quirúrgica	2.17.1	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LOS	Id DEM: 6370, Respuesta: No es correcta su apreciación,

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			universal avanzada (para ortopedia y traumatología).		COLCHONES DEL EQUIPO PERMITAN SU UTILIZACIÓN CON EQUIPOS DE RAYOS X COMO EL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	favor de atender a lo solicitado en el punto 2.17.1 Permeables a los Rayos X., establecido en la presente convocatoria.
1367	5660	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	59	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.3	El aumento en el índice de obesidad representa en México un serio problema; por ello sugerimos a la amable convocante considerar que la mesa debe soportar el peso del paciente, accesorios y probables maniobras de emergencia (como el RCP), que aplican una fuerza vertical mayor, y por estas razones se debe tener equipos que puedan dar atención a esta creciente demanda nacional y brindar al personal médico herramientas seguras para la atención de los pacientes. Ante esto, ¿se deberá ofrecer la mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg para cubrir esta necesidad?	Id DEM: 5660, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350kg., como opción para el numeral 2.3 Que soporte un peso de 220 Kg o mayor., sin ser obligatoria para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1368	4394	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	3	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.5	Debemos entender que la longitud total de la mesa con cabecera y piernas debe ser de 210 cm con un tolerancia de +/- 20 cm. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 4394, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar longitud total de la mesa con cabecera y piernas de 210 cm con una tolerancia de +/- 20 cm, como opción para el numeral Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1369	6365	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	101	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.5	ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTE PUNTO, Y LA CONVOCANTE SOLICITA LONGITUD CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 ± 20 CM, YA QUE DE OTRA MANERA SE ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6365, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar longitud total de la mesa con cabecera y piernas de 210 cm con una tolerancia de +/- 20 cm, como opción para el numeral Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1370	6371	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	107	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6371, Respuesta: Se acepta. La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
1371	6372	CASA PLARRE,	108	24	Mesa quirúrgica	3.1.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS	Id DEM: 6372, Respuesta: Se acepta REFERENCIAR ESTE

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1372	6373	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	109	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.1.7	ATENIDA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO como opción para el punto 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), debiendo comprobar que los soportes son laterales, acojinados y cuentan con fijadores e incluir la marca y el modelo y/o número de catálogo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6373, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.7 Charla porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
1373	6380	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	116	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.2.10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENIDA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6380, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
1374	5667	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	66	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.2.11	¿El carro descrito en este numeral se refiere a carro específico para accesorios de ortopedia?	Id DEM: 5667, Respuesta: Es correcta su apreciación.
1375	6374	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	110	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.2.13.2.3	DEBIDO A QUE ESTOS ACCESORIOS FORMAN PARTE DE UN SOLO SISTEMA (DISPOSITIVO DE TRACCIÓN), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENIDA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA REFERENCIAR CLARAMENTE ESTOS PUNTOS EN UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE CADA PARTE SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6374, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1376	6375	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	111	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.2.13.2.2.3.2.3	DEBIDO A QUE ESTOS ACCESORIOS CONFORMAN UN MISMO SISTEMA (DISPOSITIVO DE TRACCION), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA INDICAR UN SOLO NUMERO DE PARTE, QUE ES EL QUE INCLUYE TODOS ESTOS ACCESORIOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6375, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá indicar un solo número de parte que es el que incluye los accesorios solicitados en los numerales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente lo solicitado en dichos numerales.
1377	6376	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	112	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.2.3.13.2.3.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR BOTAS AJUSTABLES ADULTO-PEDIATRICO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACION TECNICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6376, Respuesta: Se acepta ofertar BOTAS AJUSTABLES ADULTO-PEDIATRICO como opción para los puntos 3.2.3 Botas con aditamentos para realizar la tracción. 3.2.3.1 (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), 3.2.3.1 Tamaño adulto. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) y 3.2.3.2 Tamaño pediátrico. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), debiendo comprobar que es para uso pediátrico y para adulto, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera en el entendido, que deberá ofertar la cantidad solicitada en los numerales 3.2.3.1 y 3.2.3.2
1378	6377	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	113	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.2.53.2.6	DEBIDO A QUE ESTOS ACCESORIOS CONFORMAN UN MISMO SISTEMA (DISPOSITIVO DE EXTENSION PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA INDICAR UN SOLO NUMERO DE PARTE, QUE ES EL QUE INCLUYE TODOS ESTOS ACCESORIOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6377, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá indicar un solo número de parte que es el que incluye los accesorios solicitados en los numerales 3.2.5, 3.2.6, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente lo solicitado en dichos numerales.
1379	6378	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	114	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.2.53.2.6	DEBIDO A QUE ESTOS ACCESORIOS CONFORMAN UN MISMO SISTEMA (DISPOSITIVO DE EXTENSION PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA INDICAR UN SOLO NUMERO DE PARTE, QUE ES EL QUE INCLUYE TODOS ESTOS ACCESORIOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6378, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá indicar un solo número de parte que es el que incluye los accesorios solicitados en los numerales 3.2.5, 3.2.6, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente lo solicitado en dichos numerales.
1380	6379	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	115	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	3.2.9	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO DISPOSITIVOS DE EXTENSION DE BRAZO Y ANTEBRAZO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACION TECNICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6379, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar como dispositivo de extensión de brazo y antebrazo sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente lo solicitado en dichos numerales.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1381	4157	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	17	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	General	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4157, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1382	5893	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	5	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.12.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5893, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propias del equipo a ofertar.
1383	5683	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	3	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.13.1	Solicitamos amablemente a la convocante, tolerancia de 5 cm para este requerimiento, lo cual no afecta en el acceso necesario al arco "c" para realizar exploraciones radiográficas ni en el motivo de funcionalidad del equipo en los procedimientos a utilizar, además de ser una tolerancia mínima que permite mayor participación de la proveeduría.	Id DEM: 5683, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, establecido en la presente convocatoria.
1384	4901	BERCLAN, S.A. DE C.V.	33	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.2	Entendemos que la convocante requiere que la mesa soporte un peso de 185 kg o mayor. Entendemos que al solicitar el peso de 220 kg. Muchas marcas lo manejan como su peso máximo. Por lo que se debería considerar que el peso que solicita la convocante es el peso ideal de trabajo y que permite mover la mesa sin restricciones. Debido a lo anterior, entendemos que el peso ideal para una mesa de trabajo como la que se solicita es de al menos 300 kg., para permitir que pacientes de cualquier condición física sean tratados y no limitar el acceso a ningún tipo de población. ¿Se acepta?	Id DEM: 4901, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante para el punto 2.3 que soporte un peso de 220Kg o mayor.
1385	5303	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	34	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.10	De acuerdo al cuadro básico Institucional de equipo médico IMSS con fecha de actualización Jueves, 27 de julio de 2017, Clave 531.616.5108, Citando "Mesa dividida en al menos 4 secciones". Pedimos amablemente a la convocante el respetar esta especificación.	Id DEM: 5303, Respuesta: En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1386	5304	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	35	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.10	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de 5 secciones \pm 1 sección.	destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados" Id DEM: 5304, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10 Mesa dividida en al menos cinco secciones; establecido en la presente convocatoria.
1387	5306	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	37	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.10.3	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga mejores propuestas acepte, el ofertar un accesorio que cumpla con esta función.	Id DEM: 5306, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de reclinación (la mesa deba tener la capacidad para dar la posición), establecido en la presente convocatoria.
1388	5305	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	36	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	2.14	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes nos permita el ofertar una mesa con regreso a la posición cero, que no sea de manera automática, sino con combinación de diferentes movimientos hasta llegar a la posición de horizontal. ¿Favor de aclarar?	Id DEM: 5305, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, establecido en la presente convocatoria.
1389	5302	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	33	24	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	Sin Referencia	Queda por entenderlo que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5302, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1390	5668	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	67	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.1, 2.12	Un sistema electrohidráulico demanda mantenimiento constante por la derrama de aceite, generando además un sitio inseguro por la misma derrama de líquido y pérdida total o parcial de las funciones que dependen de este fluido. Existen mejoras tecnológicas en los accionamientos de las mesas quirúrgicas, mucho más limpias, seguras y silenciosas, que están sustituyendo a la tecnología electrohidráulica. Para fomentar la participación de las mejoras tecnológicas en este proceso de licitación pública, ¿se nos permite ofrecer mesa quirúrgica electromotorizada?	Id DEM: 5668, Respuesta: Se acepta ofertar como opción mesa quirúrgica electromotorizada, como opción para los numerales 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, y 2.12 Movimientos electrohidráulicos con control remoto o de mano alámbrico para, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente el control remoto o de mano alámbrico para, que se solicita.
1391	5670	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	69	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.10.3	¿La mesa quirúrgica solicitada deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a cirugía renal?	Id DEM: 5670, Respuesta: Es correcta su apreciación.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1392	5671	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDIC OS, S.A. DE C.V.	70	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.10.5	Al solicitar que las secciones de piernas en placas independientes sean abatibles, ¿la convocante requiere, para seguridad de los médicos y enfermeras, que dichas piernas cuenten con apoyo neumático para evitar una caída accidental sobre el pie o tobillo del personal médico?	Id DEM: 5671, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1393	5672	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDIC OS, S.A. DE C.V.	71	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.10.5	Para facilitar el accionar de las piernas independientes, entendemos que deberá ser a través de una palanca de liberación de pistón neumático y no a través de engranes de posicionamiento manual, ¿es esto correcto?	Id DEM: 5672, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Mesa electrohidráulica rodable, establecido en la presente convocatoria. La convocante no requiere apoyo neumático para la sección de piernas en placas independientes.
1394	6382	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	118	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.12.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ALTURA MAXIMA DE HASTA 95 CM, YA QUE 5 CM MAS DE 70 A 110 CM. Con respecto al piso., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6382, Respuesta: Se acepta ofertar EQUIPO CON ALTURA MAXIMA DE HASTA 95 CM, como opción para el numeral 2.12.1 Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. Con respecto al piso., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1395	5673	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDIC OS, S.A. DE C.V.	72	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.12.3	Solicitamos se nos acepte la referenciación de este punto mediante los movimientos Flex/Reflex, ¿se acepta?	Id DEM: 5673, Respuesta: Se acepta referenciar mediante los movimientos de flex y reflex como opción para el punto 2.12.3 Que permita dar la posición de Krasko o navaja sevillana, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1396	6383	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	119	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.13	ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR SECCIONES DE CABEZA Y PIERNAS DESMONTABLE E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PUEDE DEMOSTRAR QUE EL DESPLAZAMIENTO QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO PUEDE REALIZARSE HACIA LA SECCION DE CABEZA O PIERNAS SEGUN SEA LA ORIENTACION Y DE ESTA MANERA PERMITIR UN OPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6383, Respuesta: Es correcta su apreciación, la convocante permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la cabecera), o 2.13.3 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente. los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la presente Cédula de Descripción de Artículo.
1397	6384	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	120	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.13.1	ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR SECCIONES DE CABEZA Y PIERNAS DESMONTABLE E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PUEDE DEMOSTRAR QUE EL DESPLAZAMIENTO QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO PUEDE REALIZARSE HACIA LA SECCION DE CABEZA O PIERNAS SEGUN SEA LA ORIENTACION. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6384, Respuesta: Es correcta su apreciación, la convocante permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente. los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la presente Cédula de Descripción de Artículo.
1398	6385	CASA PLARRE,	121	25	Mesa quirúrgica	2.13.2	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LAS	Id DEM: 6385, Respuesta: No es correcta su apreciación, la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			universal avanzada (para urología).		PLACAS DE CABEZA Y PIERNAS PUEDAN SER DESMONTABLES E INTERCAMBIABLES ENTRE SI, PARA SELECCIONAR LA ORIENTACION DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	convocante permite ofertar 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente. los cuales se derivan del numeral 2.13, establecidos en la presente Cédula de Descripción de Artículo.
1399	5226	DEWIMED, S.A.	23	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.14	SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE CONTROL DE COLUMNA DE LA MESA CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE DE ESTAR EN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO. DEBEMOS ENTENDER QUE LA MESA DEBA CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRAULICA PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERIAS, FALLO AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERIAS, FALLO ELECTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, POR LO QUE EL SISTEMA DEBERA DE SER POR MEDIO DE BOMBEO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Id DEM: 5226, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRAULICA, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERIAS, FALLO ELECTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, como opción para el punto 2.14 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1400	5227	DEWIMED, S.A.	24	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.17	COJINES INDEPENDIENTES. DEBEMOS ENTENDER QUE AL OFERTAR TECNOLOGIA NUEVA EN LA FABRICACION DE LOS COJINES ESTOS DEBEN DE EVITAR LESIONES A PACIENTES EN CIRUGIAS DE LARGO PLAZO. POR ESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR COJINES CON ACOLCHADO DE ESPUMA VISCO ELASTICA SUAVES ANTI PRESION, IMPERMEABLES Y DESMONTABLES, Y QUE LOS COJINES INDEPENDIENTES SEAN SOLAMENTE EN LAS SECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES Y CABEZA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5227, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y en el numeral 2.17.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1401	5674	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	73	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.17	Se ha demostrado que el posicionamiento del paciente durante la cirugía es fundamental para no tener secuelas (daño en nervios) que pueden aumentar la estadía dentro del hospital. lo cual genera un gasto importante para los sistemas de salud; por ello ponemos a su amable consideración que se oferten colchones viscoelásticos de al menos 5 cm de grosor para disminuir el riesgo de lesiones. ¿se acepta?	Id DEM: 5674, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras visibles y en el numeral 2.17.1 Permeables a los Rayos X, establecido en la presente convocatoria.
1402	6386	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	122	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.17.1	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE LOS COLCHONES DEL EQUIPO PERMITAN SU UTILIZACION CON FAVOR DE ATENDER A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.17.1 Permeables EQUIPOS DE RAYOS X COMO EL ARCO EN C. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6386, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a lo solicitado en el punto 2.17.1 Permeables EQUIPOS DE RAYOS X, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1403	5669	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	68	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.3	El aumento en el índice de obesidad representa en México un serio problema; por ello sugerimos a la amable convocante considerar que la mesa debe soportar el peso del paciente, accesorios y probables maniobras de emergencia (como el RCP) que aplican una fuerza vertical mayor, y por estas razones se debe tener equipos que puedan dar atención a esta creciente demanda nacional y brindar al personal médico herramientas seguras para la atención de los pacientes. Ante esto, ¿se deberá ofrecer la mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg. para cubrir esta necesidad?	Id DEM: 5669, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar mesa de cirugía con una capacidad de carga de al menos 350Kg., como opción para el numeral 2.3 Que soporte un peso de 220 Kg o mayor., sin ser obligatoria para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1404	6381	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	117	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.5	ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE ESTE PUNTO. Y LA CONVOCANTE SOLICITA LONGITUD CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 ± 20 CM. YA QUE DE OTRA MANERA SE ESTARIA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6381, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar longitud total de la mesa con cabecera y piernas de 210 cm con una tolerancia de +/- 20 cm, como opción para el numeral Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1405	6387	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	123	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6387, Respuesta: Se acepta. La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
1406	5676	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	75	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	3.1.10	¿La charola para recolección de líquidos debe montarse en la mesa?	Id DEM: 5676, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas.
1407	6388	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	124	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	3.1.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN NUESTRA DOCUMENTACION TECNICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6388, Respuesta: Se acepta REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SOPORTES DE CUERPO como opción para el punto 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), debiendo comprobar que los soportes son laterales, acojinados y cuentan con fijadores e incluir la marca y el modelo y/o número de catálogo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1408	5675	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	74	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	3.1.8	Para la posición de litotomía existe un accesorio que es más cómodo y fácil de colocar por parte del personal de enfermería, además de ofrecer un sistema de amortiguamiento que le quita la rigidez a la posición y es adaptable a cualquier talla de paciente. Con la intención que el Instituto cuente con accesorios verdaderamente cómodos tanto para el paciente como para el personal médico, ¿en este numeral deberá cotizarse botas para litotomía?	Id DEM: 5675, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.8 Soportes para piernas de doble listón o con soportes para listón para la posición de litotomía, con fijadores, (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
1409	6389	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	125	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	3.1.9	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6389, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.9 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
1410	4158	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	18	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	General	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4158, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1411	5894	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	6	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.12.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5894, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propia del equipo a ofertar.
1412	5895	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	7	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.12.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA CON TOLERANCIA DE 4 GRADOS YA QUE UNA ELEVACIÓN MAYOR A 30 GRADOS ES RIESGO DE TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO Y AGRAVA EL EDEMA CEREBRAL EN EL PACIENTE.	Id DEM: 5895, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.12.4 Trendelenburg de 0 a -30 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1413	5896	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	8	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.12.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA DE 4 CM CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ANTE CAIDAS, SIENDO NECESARIO EN EL CASO DE UNA ELEVACIÓN MAYOR, UN ACCESORIO PARA SOPORTE DE PIES LO CUAL INCREMENTARÍA EL COSTO EN EL EQUIPO PARA LA CONVOCANTE	Id DEM: 5896, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.12.5 Trendelenburg inverso de 0 a 30 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1414	5684	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA,	4	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.13.1	Solicitamos amablemente a la convocante, tolerancia de 5 cm para este requerimiento, lo cual no afecta en el acceso necesario al arco "c" para realizar exploraciones radiográficas ni en el motivo	Id DEM: 5684, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			urología).		de funcionalidad del equipo en los procedimientos a utilizar, además de ser una tolerancia mínima que permite mayor participación de la proveeduría.	(hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, establecido en la presente convocatoria.
1415	4905	BERCLAN, S.A. DE C.V.	37	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.14	Entendemos que la convocante solicita un sistema de emergencia por medio de control en la columna de la mesa en caso de que el control de mano falle. Por lo que solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar sistema de emergencia de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, esto para no limitar la libre participación de las empresas. ¿Se acepta?	Id DEM: 4905, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere el sistema de emergencia, ni la tecnología del fabricante, ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1416	4906	BERCLAN, S.A. DE C.V.	38	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.15	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la función automática de retorno a la posición horizontal mediante control principal que permite posicionar la mesa a un estado inicial ¿Se acepta?	Id DEM: 4906, Respuesta: Se acepta ofertar la función automática de retorno a la posición horizontal mediante control principal que permite posicionar la mesa a un estado inicial como opción para el punto 2.15 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, debiendo comprobar su funcionamiento de manera automática, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1417	4904	BERCLAN, S.A. DE C.V.	36	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.2	Entendemos que la convocante requiere que la mesa soporte un peso de 185 kg o mayor. Entendemos que al solicitar el peso de 220 kg. Muchas marcas lo manejan como su peso máximo. Por lo que se debería considerar que el peso que solicita la convocante es el peso ideal de trabajo y que permite mover la mesa sin restricciones. Debido a lo anterior, entendemos que el peso ideal para una mesa de trabajo como la que se solicita es de al menos 300 kg., para permitir que pacientes de cualquier condición física sean tratados y no limitar el acceso a ningún tipo de población. ¿Se acepta?	Id DEM: 4904, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante para el punto 2.3 que soporte un peso de 220Kg o mayor.
1418	5309	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	40	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.10	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de 5 secciones ± 1 sección.	Id DEM: 5309, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10 Mesa dividida en al menos cinco secciones., establecido en la presente convocatoria.
1419	5308	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	39	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.10	De acuerdo al cuadro básico Institucional de equipo médico IMSS con fecha de actualización jueves, 27 de julio de 2017, Clave PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, 531.616.5108, Citando " Mesa dividida en al menos 4 secciones" Pedimos amablemente a la convocante el respetar esta especificación.	Id DEM: 5308, Respuesta: En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1420	5311	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	42	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.10.3	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga mejores propuestas acepte, el ofertar un accesorio que cumpla con esta función.	Basico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados".
1421	5310	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	41	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	2.14	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas conveniente nos permita el ofertar una mesa con regreso a la posición cero, que no sea de manera automática, sino con combinación de diferentes movimientos hasta llegar a la posición de horizontal. ¿Favor de aclarar?	Id DEM: 5311, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa deba tener la capacidad para dar la posición), establecido en la presente convocatoria.
1422	5307	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	38	25	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	Sin Referencia	Queda por entenderlo que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5310, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15 Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, establecido en la presente convocatoria.
1423	5937	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	10	26	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General)	2.11	Se entiende que no será motivo de descalificación el presentar una tecnología de movimiento mecánico asistido por cilindro neumático ya que cumple con las características solicitadas por la convocante ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5307, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1424	5933	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	6	26	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico	2.2	Considerando las medidas de promedio de la población mexicana la cual tiene un valor de 77.2 kg en hombres y 72 kg en mujeres, con lo anterior se entiende que ofertar una mesa que soporte un peso de 185 Kg o mayor, establecido en la	Id DEM: 5937, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.11 Movimientos mecánico-hidráulicos accionados por medio de pedales y/o manivelas, 2.11.1 Ascenso y descenso de la mesa, que cubra el rango de 70 a 110 cm. ± 10 cm con respecto al piso, 2.11.2 Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o semifowler, de -35° / +70° o mayor, 2.11.3 Que permita dar la posición de Kraske o navaja sevillana 2.11.4 Trendelenburg de 0 a -25 grados o mayor, y 2.11.5 Trendelenburg inverso de 0 a 25 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1425	5934	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	7	26	Hidráulica (Para Cirugía General)	2.4	peso de 150 kg tiene la capacidad para permitir las intervenciones quirúrgicas que se pudiesen realizar sobre la misma, no siendo esta una razón de descalificación por parte de la convocante. ¿Se acepta?	presente convocatoria.
1426	5677	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	76	26	Mesa Quirúrgica (Para Cirugía General)	2.7	Se entiende que no será motivo de descalificación el presentar un equipo que cuente con una longitud total de 200 cm ya que cumple con el rango solicitado por parte de la convocante ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5934, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo que cuente con una longitud total de 200 cm, como opción para el punto 2.4 Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1427	5936	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	9	26	Mesa Quirúrgica (Para Cirugía General)	2.9	El acero al carbón pintado es susceptible de oxidarse en ambientes de alta humedad y al contacto con el agua y otros líquidos que se utilizan para la desinfección de la mesa quirúrgica, reduciendo el tiempo de vida del bien y poniendo en riesgo al paciente por contraer una infección nosocomial. Con base en el argumento anterior, ¿la convocante requiere que la estructura de la superficie sea necesariamente de acero inoxidable o acero al cromo níquel?	Id DEM: 5677, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a las Precisiones Técnicas.
1428	5678	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	77	26	Mesa Quirúrgica (Para Cirugía General)	2.9.3	Considerando como positiva la respuesta anterior se entiende que únicamente será necesario ofertar una mesa con 4 secciones al no ser necesario separar el respaldo en dos secciones para el aditamento de puente de riñón ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5936, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a lo solicitado en el numeral 2.9 Mesa dividida en al menos cinco secciones, establecido en la presente convocatoria.
1429	5935	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	8	26	Mesa Quirúrgica (Para Cirugía General)	2.9.3	Entendemos que al solicitar la capacidad para dar la posición de nefrectomía o de riñón, la mesa deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a este uso, ¿es correcta esta apreciación?	Id DEM: 5678, Respuesta: Es correcta su apreciación.
							Dado que el punto 2.11.3 solicitan la posición de kraske se extiende la solicitud de permitir referenciar en dicho punto la posición de nefrectomía ya que permite el posicionamiento de paciente en decubito ventral o decubito lateral par permitir la intervención de nefrectomía, pudiendo omitir el elevador de riñón esto con el fin de mejorar la propuesta económica hacia la convocante no excediendo lo techos presupuestales. ¿Se acepta?	Id DEM: 5935, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender lo solicitado en el numeral 2.9.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de la nefrectomía (la mesa debe tener la capacidad para dar la posición), establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1430	4159	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	19	26	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General)	General	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4159, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1431	5316	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	47	26	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General)	2.11.1	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía que cubra el rango entre 70 a 110 cm con una tolerancia dentro del rango de +/- 10cm con respecto al piso.	Id DEM: 5316, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Ascenso y descenso de la mesa, que cubra el rango de 70 a 110 cm. ± 10 cm con respecto al piso para el numeral 2.11.1, en la presente cédula de descripción del artículo.
1432	5313	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	44	26	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General)	2.11.1	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante se acepte poder ofertar Mesa con un rango para la inclinación FOWLER de entre -35 a 75°, ¿Se acepta?	Id DEM: 5313, Respuesta: Se acepta ofertar Mesa con un rango para la inclinación FOWLER de entre -35 a 75° como opción para el punto 2.11.2 Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o semifowler, de -35° / +70° o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1433	5314	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	45	26	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General)	2.11.4	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de con Trendelenburg de 0 a 25° con una tolerancia de +/- 5°	Id DEM: 5314, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.11.4 Trendelenburg de 0 a -25 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1434	5315	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	46	26	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General)	2.11.5	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de con Trendelenburg inverso de 0 a -25° con una tolerancia de +/- 5°	Id DEM: 5315, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.11.5 Trendelenburg inverso de 0 a 25 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1435	5312	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	43	26	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General)	Sin Referencia	Queda por entendido que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5312, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1436	5942	MEDIXSA, S. A.	15	27	Mesa Quirúrgica	2.11	Con la intención de permitir un número mayor de ofertas a	Id DEM: 5942, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DE C. V.			Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)		considerar hacia la convocante y no verse limitado por las distintas tecnologías por parte de cada fabricante, se entiende por movimiento mecánico todo aquel que facilite realizar un movimiento el cual se requiere un esfuerzo mayor por parte del usuario, por tanto se extiende la solicitud de permitir un equipo que cuenta con movimiento de Trendelenburg/Trendelenburg inverso, lateral y respaldo siendo asistido por cilindro neumático esto no siendo una limitante para las aplicaciones posibles de la mesa ¿Se acepta?	atender a la descripción solicitada en los numerales 2.11 Movimientos mecánico-hidráulicos accionados por medio de pedales y/o manivelas, 2.11.1 Ascenso y descenso de la mesa, que cubra el rango de 70 a 110 cm. \pm 10 cm con respecto al piso, 2.11.2 Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o semifowler, de -35° / +70° o mayor, 2.11.3 Que permita dar la posición de Kraske o navaja seviliana 2.11.4 Trendelenburg de 0 a -25 grados o mayor, y 2.11.5 Trendelenburg inverso de 0 a 25 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1437	5938	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	11	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.2	Considerando las medidas de promedio de la población mexicana la cual tiene un valor de 77.2 kg en hombres y 72 kg en mujeres, con lo anterior se entiende que ofertar una mesa que soporte un peso de 150 kg tiene la capacidad para permitir las intervenciones quirúrgicas de ginecología que se pudiesen realizar sobre la misma, no siendo esta una razón de descalificación por parte de la convocante. ¿Se acepta?	Id DEM: 5938, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1438	5939	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	12	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.4	Se entiende que no será motivo de descalificación el presenta un equipo que cuente con una longitud total de 200 cm ya que cumple con el rango solicitado por parte de la convocante ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5939, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo que cuente con una longitud total de 200 cm, como opción para el punto 2.4 Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm \pm 10 cm, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1439	5679	INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	78	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.7	El acero al carbón pintado es susceptible de oxidarse en ambientes de alta humedad y al contacto con el agua y otros líquidos que se utilizan para la desinfección de la mesa quirúrgica, reduciendo el tiempo de vida del bien y poniendo en riesgo al paciente por contraer una infección nosocomial. Con base en el argumento anterior, ¿la convocante requiere que la estructura de la superficie sea necesariamente de acero inoxidable o acero al cromo níquel?	Id DEM: 5679, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a las Precisiones Técnicas.
1440	5941	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	14	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.9	En caso de ser positiva la respuesta anterior se entiende que no será motivo de descalificación el presentar un equipo que cuente con cuatro secciones ya que la suma total de las cinco secciones se da al dividir el respaldo en dos secciones para la función de puente de riñón, por lo tanto al no tener la necesidad de presentar dicho aditamento no es necesaria la cantidad de cinco secciones en la mesa por lo que se da por entendido que el equipo únicamente deberá contar con las secciones básicas de cabecera,	Id DEM: 5941, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a lo solicitado en el numeral 2.9 Mesa dividida en al menos cinco secciones, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1441	5680	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.	79	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.9.3	dorso, pelvis y piernas ¿Es correcta nuestra apreciación? Entendemos que al solicitar la capacidad para dar la posición de nefrectomía o de riñón, la mesa deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a este uso, ¿es correcta esta apreciación?	Id DEM: 5680, Respuesta: Es correcta su apreciación.
1442	5940	MEDIXSA, S. A. DE C. V.	13	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.9.3	Dado que la función principal de la posición de nefrectomía es permitir un acceso hacia el área renal y considerando que dicha posición puede generalmente se realiza en posición decúbulo lateral, se extiende la solicitud de permitir la presentación de una posición Flex la cual permite generar un ángulo de hasta 220 grados de la mesa y colocando al paciente en posición en decúbulo lateral esto permite un mejor acceso a la zona iliaca, esto sin ser necesario el accesorio de elevador de región lumbar el cual puede llegar a incrementar el costo de la mesa de manera considerable, por lo cual se entiende que no ofertarlo al tener esta capacidad no será motivo de descalificación por parte de la convocante ¿Se acepta?	Id DEM: 5940, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender lo solicitado en el numeral 2.9.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa debe tener la capacidad para dar la posición), establecido en la presente convocatoria.
1443	4160	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	20	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	General	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4160, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1444	5321	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	52	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.11.1	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar de mesa de cirugía que cubra el rango entre 70 a 110 cm con una tolerancia dentro del rango de +/- 10cm con respecto al piso.	Id DEM: 5321, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Ascenso y descenso de la mesa, que cubra el rango de 70 a 110 cm. ± 10 cm con respecto al piso para el numeral 2.11.1, en la presente cédula de descripción del artículo.
1445	5318	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	49	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.11.1	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante se acepte poder ofertar Mesa con un rango para la inclinación FOWLER de entre -35 a 75° ¿Se acepta?	Id DEM: 5318, Respuesta: Se acepta ofertar Mesa con un rango para la inclinación FOWLER de entre -35 a 75° como opción para el punto 2.11.2 Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o semifowler, de -35° / +70° o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1446	5319	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	50	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico	2.11.4	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar	Id DEM: 5319, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.11.4 Trendelenburg de 0 a -25 grados o mayor establecido

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					Hidráulica (Para Ginecología)		mesa de cirugía de con trendelenburg de 0 a 25° con una tolerancia de +/- 5°	
1447	5320	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	51	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	2.11.5	Para no limitar la libre participación y que la convocante tenga la posibilidad de tener más ofertas convenientes, con tecnología más avanzada y costo beneficio para la institución, se permita el ofertar mesa de cirugía de con trendelenburg inverso de 0 a -25° con una tolerancia de +/- 5°	Id DEM: 5320, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.11.5 Trendelenburg inverso de 0 a 25 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1448	5317	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	48	27	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	Sin Referencia	Queda por entenderlo que el ofertar características superiores no será motivo de descalificación	Id DEM: 5317, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1449	3974	CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	28	Microscopio para neurocirugía.		Partida 28 Microscopio para neurocirugía. Nuestro sistema propuesto incluye una función que permite que la funda esté adherida de manera adecuada al brazo del microscopio a través de un sistema de vacío, con esto se evita que colgando y obstruya el campo operatorio del cirujano durante el procedimiento quirúrgico. ¿Se acepta la propuesta?	Id DEM: 3974, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1450	3975	CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2	28	Microscopio para neurocirugía.		Partida 28 Microscopio para neurocirugía. Nuestro sistema incluye una función que garantiza el equilibrio y/o balance del microscopio de manera automática cuando se montan o desmontan accesorios, por ejemplo, tubos binoculares para observador y co-observador en el cuerpo del microscopio; esta función permite que el cirujano mueva el cuerpo del microscopio alrededor del campo quirúrgico de una manera sencilla, precisa y con muy poco esfuerzo, garantizando el posicionamiento del cabezal en cualquier posición de manera estable; garantiza también la seguridad del paciente, al evitar que el microscopio se mueva de manera involuntaria sobre el mismo ¿Se acepta la propuesta?	Id DEM: 3975, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1451	5228	DEWIMEX, S.A.	25	28	Microscopio para neurocirugía.	2.2.3	SOLICITAN "ALCANCE TOTAL DEL PRIMER Y SEGUNDO BRAZO, DEL EJE DEL ESTATIVO AL EJE DE CONEXIÓN CON EL EJE ÓPTICO MÍNIMO DE 1400 MM". SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UN BRAZO DE 1550 MM, OFRECIENDO MOVIMIENTO. ¿SE ACEPTA OFERTAR NUESTRA MEJORA TECNOLÓGICA?	Id DEM: 5228, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.2.3 Alcance total del primer y segundo brazo, del eje del estativo al eje de conexión con el eje óptico mínimo de 1400 mm" establecida en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1452	5229	DEWIMED, S.A.	26	28	Microscopio para neurocirugía.	2.2.9	SOLICITAN "SISTEMA DE MOVIMIENTO XY MOTORIZADO, CON BOTÓN DE PUESTA A CERO Y/O PRECENTRADO AUTOMÁTICO, DE AL MENOS 30 MM EN X Y 30 MM EN Y". SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON RANGO DE 50MM CON LA FINALIDAD EVITAR AJUSTES MECÁNICOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5229, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere el eje del rango de 50 mm del equipo que pretende ofertar.
1453	5230	DEWIMED, S.A.	27	28	Microscopio para neurocirugía.	2.3.3	CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCADA CONSIDERAR UNA DISTANCIA DE TRABAJO VARIABLE DE 224 A 510 MM, YA QUE AL INCREMENTAR EL RANGO DE TRABAJO FACILITA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. ¿SE ACEPTA ESTA VENTAJA TECNOLÓGICA?	Id DEM: 5230, Respuesta: Se acepta ofertar DISTANCIA DE TRABAJO VARIABLE DE 224 A 510 MM como opción para el punto "2.3.3 Distancia de trabajo de 400 mm como mínimo.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1454	5231	DEWIMED, S.A.	28	28	Microscopio para neurocirugía.	2.3.8	SOLICITAN "DISPOSITIVO DE CO-OBSERVACIÓN DE CO-OBSERVACIÓN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE VISIÓN, RESPECTO AL TUBO BINOCULAR PRINCIPAL), CON VARIABLE COMO OPCIÓN PARA EL PUNTO "2.3.8 Dispositivo de co-observación simultánea (con las mismas características de visión, respecto al tubo binocular principal), con inclinación variable de al menos 45° a 90° o mayor.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 5231, Respuesta: Se acepta ofertar DISPOSITIVO DE CO-OBSERVACIÓN SIMULTÁNEA, CON INCLINACIÓN VARIABLE como opción para el punto "2.3.8 Dispositivo de co-observación simultánea (con las mismas características de visión, respecto al tubo binocular principal), con inclinación variable de al menos 45° a 90° o mayor.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1455	3978	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	5	28	Microscopio para neurocirugía.	2.3.9	Dice: Diafragma de iris integrado para ajuste individual de profundidad de campo. Pregunta: Nuestro sistema cuenta con un diafragma para regular la profundidad de campo, conmutable en dos niveles, esta tecnología llena la misma función que lo solicitado en el punto 2.3.9. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 3978, Respuesta: Es correcta su apreciación, se acepta ofertar diafragma para regula la profundidad de campo, conmutable en dos niveles como opción para el punto "2.3.9 Diafragma de iris integrado para ajuste individual de profundidad de campo.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1456	3979	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	6	28	Microscopio para neurocirugía.	3.1.1	Dice: sensor HD Cmos progresivo de 1/3 de pulgadas. Pregunta: Nuestro sistema cuenta con Sensor HD MOS progresivo de 1/3 pulgadas, el cual cuenta con las mismas características que el sensor HD CMOS ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 3979, Respuesta: Se acepta ofertar Sensor HD MOS progresivo de 1/3 pulgadas como opción para el punto "3.1.1 Sensor HD Cmos progresivo de 1/3 pulgadas", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1457	3980	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7	28	Microscopio para neurocirugía.	3.2	Dice: Sistema de grabación (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) Entendemos que la convocante en este acepta ofertar Sistema de grabación interno en el punto solicita un sistema de grabación interno en el cuerpo cuerpo del microscopio como opción para el punto "3.2	Id DEM: 3980, Respuesta: No es correcta su apreciación, se acepta ofertar Sistema de grabación interno en el punto solicita un sistema de grabación interno en el cuerpo cuerpo del microscopio como opción para el punto "3.2

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1458	5121	COMPANHIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	2	28	Microscopio para neurocirugia.	2.2.6	del microscopio ¿es correcta nuestra apreciación? Pregunta: El rango vertical depende directamente del diseño de cada fabricante y el movimiento no es limitante durante los procedimientos quirurgicos, por lo que solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un sistema con "Rango superior/inferior de 756mm" para permitir la libre participación. ¿Se acepta?	Sistema de videogravación (incluir marca y modelo y/o número de catálogo)", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5121, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.2.6 Rango de movimiento vertical del brazo de 895 mm como mínimo." establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1459	5122	COMPANHIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	3	28	Microscopio para neurocirugia.	2.3.6	Pregunta: El equipo a ofertar cuenta con un rango de enfoque superior de 207 a 470mm por lo que permite un mayor campo de trabajo, un mejor posicionamiento y una ergonomía mayor por lo que solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un "Enfoque motorizado regulable en un rango entre de 207 a 470mm" para mejorar la oferta tecnológica. ¿Se acepta?	Id DEM: 5122, Respuesta: Se acepta ofertar Enfoque motorizado regulable en un rango entre de 207 a 470mm como opción para el punto "2.3.6 Enfoque motorizado regulable en un rango entre de 200 a 400 mm o mayor.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1460	5123	COMPANHIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	4	28	Microscopio para neurocirugia.	2.3.9	Pregunta: El diafragma de iris no solo sirve para la profundidad de campo sino que también permite tener una iluminación sincronizada con el aumento que evita el daño calórico a los tejidos que no son de interés, por lo que solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar "Diámetro del campo de iluminación integrado y automático, sincronizado con el zoom, con ajuste manual y función de reinicio" para dar cumplimiento a este punto, ¿se acepta?	Id DEM: 5123, Respuesta: Se acepta ofertar Diámetro del campo de iluminación integrado y automático, sincronizado con el zoom, con ajuste manual y función de reinicio como opción para el punto "2.3.9 Diafragma de iris integrado para ajuste individual de profundidad de campo.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1461	3981	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8	29	Microscopio para oftalmocirugia de alta especialidad.	2.2.3	Se solicita a la convocante considerar la suma del brazo de soporte y el brazo compensado en conjunto suman un alcance total de 1300 mm	Id DEM: 3981, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.2.3 Alcance total del primer y segundo brazo, del eje del estativo al eje de conexión con el eje óptico mínimo de 1270 mm." establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1462	5232	DEWIMED, S.A.	29	29	Microscopio para oftalmocirugia de alta especialidad.	2.3.8	DICE: TUBO BINOCULAR OBLICUO 45°. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR BINOCULARES DE ANGULO VARIABLE. LOS CUALES BRINDAN AL MEDICO USUARIO UN MEJOR AJUSTE Y MAYOR ERGONOMIA, Y CUYO BENEFICIO, ES REDUCIR LA FATIGA POR LA TENSION DE LOS MUSCULOS EN CABEZA Y CUELLO DEL MEDICO, PROVOCADOS POR UNA POSICION FUJA EN PERIODOS PROLONGADOS DE TIEMPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA	Id DEM: 5232, Respuesta: Se acepta ofertar TUBOS BINOCULARES DE ANGULO VARIABLE como opción para el punto "2.3.8 Tubo binocular oblicuo 45°", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
MEJORA TECNOLÓGICA?								
1463	3982	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9	29	Microscopio para oftalmología de alta especialidad.	2.4.4	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un sistema de asistente integrado toda vez que al no existir un divisor óptico no hay pérdida de luz para el cirujano principal ni para el asistente ¿Se acepta?	Id DEM: 3982, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de asistente integrado como opción para el punto "2.4.4 Con divisor de haz de luz que permita mantener observación simultánea entre observador principal y co-observador. " sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1464	3983	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10	29	Microscopio para oftalmología de alta especialidad.	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4	Se solicita a la convocante nos permita presentar una fotografía del equipo demostrando que cumple estas funciones, cada vez que no contamos con un documento referenciado. ¿Se acepta?	Id DEM: 3983, Respuesta: Se acepta presentar fotografías del equipo demostrando que cumple con funciones, para los numerales 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, debido a que la convocatoria permite en el numeral 5.2.4 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.
1465	4350	MAQUINAS DE DIBUJO, S.A. DE C.V.	1	29	Microscopio para oftalmología de alta especialidad.	2.2.6	Dice: Rango de movimiento vertical del brazo de 720 mm como mínimo. Pregunta: Solicitamos que el movimiento vertical del brazo sea de 600 mm como mínimo ya que con ese rango de movimiento permite perfectamente el desarrollo de la cirugía, lo cual lo demuestra que ustedes mismos siempre han solicitado dicho desplazamiento como se demuestra en las cédulas técnicas de descripción del artículo con clave SAI 531.626.0123.02.01 en las licitaciones No. LA-019GYR040-T23-2015 y la No. LA-019GYR040-E11-2016, y lo cual permite la libre participación ya que la medida de 720 mm es exclusiva de una marca y es seguramente por diseño y no porque esa medida sea exclusiva para el buen desempeño del procedimiento quirúrgico.	Id DEM: 4350, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.2.6 Rango de movimiento vertical del brazo de 720 mm como mínimo." establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1466	5125	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	6	29	Microscopio para oftalmología de alta especialidad.	2.3.11	Pregunta: Queremos corroborar con la convocante que el rango solicitado es de 90D a 132D pues una lente preconal de 40 D sería de poco uso y relevancia durante el procedimiento quirúrgico, ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5125, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.3.11 Dos lentes preconales en el rango de 40 a 132D." establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1467	4351	MAQUINAS DE DIBUJO, S.A. DE C.V.	2	29	Microscopio para	2.4.1	Dice: Coaxial a través de fibra óptica con fuente de luz halógena de 12V/100W, o LED Pregunta: Aceptaría la convocante que la	Id DEM: 4351, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.4.1

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-EB-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			oftalmocirugía de alta especialidad.		potencia de la luz halógena sea de 15V/150W lo cual nos permite una mayor intensidad de luz y que como es en este caso correspondiente al diseño de cada fabricante, en nuestro caso superior a lo solicitado y permitir la libre participación.	Coaxial a través de fibra óptica con fuente de luz halógena de 12V/100W, o LED " " establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1468	5126	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	7	29	Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.	2.4.1	Pregunta: La iluminación del equipo a ofertar es una iluminación directa coaxial que no requiere de fibra óptica para su transmisión, además de contar con iluminación dual LED y halógena de 12V/50W, por lo que representa una mejora tecnológica y un ahorro en relaciones para el hospital. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar "iluminación coaxial directa dual LED-Halógena 12V/50W" para mejorar la oferta y participar libremente en este concurso, ¿se acepta?	Id DEM: 5126, Respuesta: Se acepta ofertar iluminación coaxial directa dual LED-Halógena 12V/50W como opción para el punto "2.4.1 Coaxial a través de fibra óptica con fuente de luz halógena de 12V/100W, o LED " " sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1469	5127	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	8	29	Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.	4.1	Pregunta: La tecnología a ofertar cuenta con una transmisión de luz superior e iluminación directa que permiten utilizar lámparas halógenas con menos potencia y mayor luminosidad, reduciendo la fototoxicidad de cada procedimiento, por lo que solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar "Lámparas halógenas de 12V/50W" para dar cumplimiento a este punto, ¿se acepta?	Id DEM: 5127, Respuesta: Se acepta ofertar Lámparas halógenas de 12V/50W como opción para el punto "4.1 Dos focos de halógeno de 12V/100W (en caso de ofertar la tecnología. Incluir marca y número de parte).", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1470	5819	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	83	30	Monitor de signos vitales	2.1	Debido a que la hemoglobina es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, y el tener la misma sobre los niveles normales o bajo los niveles normales puede ser indicativo de alguna condición de salud, entendemos que la convocante requiere que se tenga capacidad a futuro de poder medir la misma mediante el sensor de dedo y desplegarla en la pantalla del monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5819, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10 de Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar)., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1471	6516	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	36	30	Monitor de signos vitales	2.12	Con la finalidad de obtener un mayor registro de los valores fisiológicos del paciente, en parámetros superiores a 24 horas, que conlleve a un mejor análisis y registro de la evolución del paciente y un comparativo de la asimilación del tratamiento clínico, sugerimos a la convocante que requiera un mínimo de 150 horas.	Id DEM: 6516, Respuesta: Se acepta ofertar Tendencias gráficas y numéricas de 150 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario como opción para el punto 2.12 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1472	5098	BIOABAST, S.A. DE C.V.	82	30	Monitor de signos vitales	2.12	PREGUNTA: Pensando en que el equipo podría llegar a necesitarse en un paciente con estancia hospitalaria de más de un día entendemos que para poder tener un panorama clínico de la evolución del paciente las tendencias gráficas y numéricas de 72 horas	Id DEM: 5098, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, como opción para el punto 2.12 Tendencias gráficas

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1473	4061	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	74	30	Monitor de signos vitales	2.12	deberán de ser de al menos 72 horas, que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante con productos de calidad, ¿es correcto?	y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 4061, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1474	5099	BIOABAST, S.A. DE C.V.	83	30	Monitor de signos vitales	2.14	Pensando en que el equipo también podrá ser usado en traslados que puedan involucrar tiempos de transporte superiores a los solicitados entendemos que un tiempo de batería de al menos 4 horas con capacidad de incorporar una segunda batería que permita crecer hasta 8 horas de rendimiento, ¿es correcto?	Id DEM: 5099, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar batería interna recargable con duración de al menos 4 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla, como opción para el punto 2.14 Con batería interna recargable con duración de al menos una hora, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1475	4114	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	75	30	Monitor de signos vitales	2.14	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MINIMO UNA DURACION DE BATERIA DE AL MENOS 3 HORAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR AL PACIENTE MONITORIZACIÓN CONTINUA EN CASO DE FALLO DE ENERGIA ELECTRICA O BIEN EN CASO DE TRASLADO O ESTUDIO.	Id DEM: 4114, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar batería interna recargable con duración de al menos 3 HORAS, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla., como opción para el punto 2.14 Con batería interna recargable con duración de al menos una hora, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1476	5818	LIBER SALLUS, S.A. DE C.V.	82	30	Monitor de signos vitales	2.16	Debemos entender que además de detectar arritmias, el monitor deberá tener la capacidad de aprender y reconocer el ritmo del paciente para diferenciarlo de las arritmias ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5818, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Detección de arritmias básicas que cumpla con al menos dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1477	4115	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	76	30	Monitor de signos vitales	2.16	EN MÉXICO LAS ENFERMEDADES CARDIACAS VAN EN AUMENTO, POR LO QUE EXISTE LA NECESIDAD CLINICA DE REALIZAR UN MONITOREO COMPLETO DE ARRITMIAS.	Id DEM: 4115, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar Detección de arritmias COMO MINIMO 19 POR ARRITMIAS que incluya arritmia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							TANTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO 19 ARRITMIAS, LO CUAL REDUNDARA EN UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE EN AREAS CRÍTICAS. ¿SE ACEPTA?	fibrilación ventricular., como opción para el punto 2.16 Detección de arritmias básicas que cumpla con al menos dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1478	5100	BIOABAST, S.A. DE C.V.	84	30	Monitor de signos vitales	2.18	PREGUNTA: Pensando en que el monitor deberá de ser usado tanto en cabecera como en el traslado del paciente entendemos que el peso del mismo deberá de ser menor a 5 KG incluyendo la batería y modulo solicitado, esto para evitar lesiones en el personal, ¿es correcto?	Id DEM: 5100, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.18 Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor de transporte y monitor de cabecera, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1479	5095	BIOABAST, S.A. DE C.V.	79	30	Monitor de signos vitales	2.2	PREGUNTA: Entendemos que esta pantalla deberá de proporcionar interface a través de pantalla táctil para facilitar la interacción con el monitor de signos vitales, ¿es correcto?	Id DEM: 5095, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor modular no preconfigurado, con pantalla táctil de 10 pulgadas como mínimo (indicar marca, modelo y número de parte si se deriva de una serie o familia preconfigurado, con pantalla de 10 pulgadas como mínimo (indicar marca, modelo y número de parte si se deriva de una serie o familia, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1480	5423	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	115	30	Monitor de signos vitales	2.2, 2.2.1	Debemos entender que los monitores deberán contar con la capacidad de incorporar módulos insertables en el monitor de signos vitales para demostrar que se trata de un monitor modular, ¿Es correcto?	Id DEM: 5423, Respuesta: No es correcta su apreciación. El instituto requiere que el Monitor de signos vitales solicitado, cuente con módulo que permita el intercambio y/o cambio de modulo extraíble por el usuario final del equipo, entre monitores de la misma marca y modelo.
1481	4060	GRUPO ORINLA, S.A DE C. V.	73	30	Monitor de signos vitales	2.2, 2.8.1	DICE "MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO CON PANTALLA DE 10" COMO MÍNIMO", CON LA INTENCIÓN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO LIMITAR A LA INSTITUCIÓN DE TENER MÁS OFERTAS A CONSIDERAR, ¿SE SIMULTANEAS COMO OPCIÓN PARA EL PUNTO 2.2 Monitor PODRA OFERTAR UN MONITOR MODULAR DE 15 PULGADAS CON CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE HASTA 14 CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTANEAS?	Id DEM: 4060, Respuesta: Se acepta ofertar MONITOR MODULAR DE 15 PULGADAS CON CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE HASTA 14 CURVAS FISIOLÓGICAS COMO OPCIÓN PARA EL PUNTO 2.2 Monitor modular no preconfigurado, con pantalla de 10 pulgadas como mínimo (indicar marca, modelo y número de parte si se deriva de una serie o familia), y para el numeral 2.8.1 Al menos 4 curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1482	6460	GRUPO ADDIM, S.A. DE C. V.	74	30	Monitor de signos vitales	2.2.1	DICE: 2.2.1 Módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca (indicar marca, modelo y número de parte. DUDA: Solicitamos a la Convocante nos aclare el motivo por el cual solicita una característica que no se encuentra en la Cédula en otro monitor de la misma marca (indicar marca, modelo y	Id DEM: 6460, Respuesta: No es correcta su información y no se acepta su solicitud. Se requiere la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca (indicar marca, modelo y

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

78

Página 202 de 368

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Solicitamos a la Convocante fundamentar jurídicamente y técnicamente la característica solicitada en esta partida, toda vez y como lo indica el Artículo 28 de la Ley General de Salud, las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deben ajustarse a los Cuadros Básicos de Insumo para el primer nivel de atención. El IMSS al prestar servicios de Salud y con base en el ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo, el cual indica: "ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo ... Que forman parte del Sistema Nacional de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1483	5096	BIOBAST, S.A. DE C.V.	80	30	Monitor de signos vitales	2.2.1	Salud Público, las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud; Que los insumos para la salud son un componente esencial de la atención a la salud, por lo que es necesario garantizar su electividad y seguridad, su abasto eficiente y oportuno, su prescripción racional, y su venta a un costo razonable; Que para lograr lo anterior y fortalecer el papel del cuadro básico y del catálogo de insumos como referencia común para las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud se utilizan los siguientes criterios para su elaboración: ser de alta efectividad demostrada y bajo costo; estar indicados para los padecimientos agudos de más alta incidencia entre la población de escasos recursos; estar indicados para los padecimientos crónicos de más alta prevalencia en el país; ser fundamentales para los programas prioritarios de salud pública y tener la posibilidad de comercializarse como genéricos intercambiables; Que al contar con una política homogénea de adquisiciones de insumos para la salud se obtienen mejores condiciones económicas y de calidad tanto a nivel federal como en las entidades federativas, lo que permite optimizar los recursos que se destinan para tal efecto, promoviendo el abasto permanente de insumos esenciales para la salud en las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud; ... " Por este motivo solicitamos a la Convocante eliminar este punto ya que al no hacerlo, no estaría cumpliendo el Cuadro Básico del IMSS, la Ley General de Salud y el ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud solo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo.	Id DEM: 5096, Respuesta: No es correcta su apreciación. El Instituto requiere que el Monitor de signos vitales solicitado, cuente con módulo que permita el intercambio y/o cambio de módulo extraíble por el usuario final del equipo, entre monitores de la misma marca y modelo.
1484	6449	TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	26	30	Monitor de signos vitales	2.3	EL EQUIPO SOLICITADO EN ESTA PARTIDA REQUIERE DE UN SISTEMA DE ENVÍO DE SEÑAL (WI-FI) INALÁMBRICO. ¿LA INSTITUCIÓN HA CONSIDERADO QUE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO SE REQUIERE DE UNA RED INALÁMBRICA QUE ALAMBRIQUE, 2.3.2 INALÁMBRICA, establecido en la presente	Id DEM: 6449, Respuesta: No es correcta su apreciación, INSTITUCIÓN de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.3.1 Para conectarse a red de monitoreo por vía: 2.3.1 EQUIPO SE REQUIERE DE UNA RED INALÁMBRICA, 2.3.2 INALÁMBRICA, establecido en la presente

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							TIENE QUE SER COTIZADA POR APARTE? DE OTRA MANERA NO TIENE OBJETO ALGUNO INTEGRAR UN SISTEMA POR MONITOR DEBIDO A SU COSTO. ¿ES CORRECTO?	cédula de descripción del artículo.
1485	6515	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	35	30	Monitor de signos vitales	2.8.1	Con el propósito de garantizar una mayor vigilancia del paciente y seguimiento de parámetros, sugerimos a la convocante requiera un mínimo de 15 curvas desplegables en el monitor	Id DEM: 6515, Respuesta: Se acepta ofertar Despliegue de 15 curvas fisiológicas simultáneas en pantalla como opción para el punto 2.8.1 Al menos 4 curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1486	5097	BIOABAST, S.A. DE C.V.	81	30	Monitor de signos vitales	2.8.1	PREGUNTA: Pensando en las características solicitadas 4 zonas de curvas es muy poca información para visualizar, por lo cual entendemos que se deberán de poder visualizar al menos 6 curvas simultáneas en el monitor de signos vitales, ¿es correcto?	Id DEM: 5097, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Despliegue de 6 curvas fisiológicas simultáneas en pantalla como opción para el punto 2.8.1 Al menos 4 curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1487	6450	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	27	30	Monitor de signos vitales	2.8.1	¿SE PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 6450, Respuesta: Se acepta ofertar DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 14 CURVAS SIMULTÁNEAS., como opción para el punto 2.8.1 Al menos 4 curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1488	5424	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	116	30	Monitor de signos vitales	2.9.1	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2, evitando perder el valor de la frecuencia cardíaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿Se acepta?	Id DEM: 5424, Respuesta: Se acepta ofertar algoritmo para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2 como opción para el punto 2.9.1 Frecuencia cardíaca., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1489	5820	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	84	30	Monitor de signos vitales	2.9.4	Al ser la presión invasiva una medida más exacta de la presión del paciente sobre la no invasiva, debemos entender que el monitor deberá de contar con capacidad a futuro de medición de la presión no invasiva en al menos dos canales ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5820, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1490	6451	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	28	30	Monitor de signos vitales	3.3	DICE "PARA NEONATOS 6 BRAZALETES DESECHABLES DE DOS MEDIDAS DIFERENTES [...] ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁN OFERTAR UN TOTAL DE 12 EN DOS DIFERENTES MEDIDAS CON MANGUERA Y CONECTOR, POR BRAZALETES POR MONITOR SOLICITADO; ES DECIR 6 BRAZALETES DE UNA MEDIDA Y 6 BRAZALETES MAS EN UNA MEDIDA DIFERENTE A LA ANTERIOR?	Id DEM: 6451, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere 6 brazaletes desechables en dos diferentes medidas con manguera y conector, por un monitor de cabecera solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte).
1491	6452	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	29	30	Monitor de signos vitales	3.4	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR LA CATEGORÍA (ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL) EN LA QUE DEBERÁ OFERTARSE EL CABLE DE PACIENTE PARA ECG?	Id DEM: 6452, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas. (Indicar marca, modelo y/o número de parte), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1492	5425	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	117	30	Monitor de signos vitales	3.6	En la especificación se menciona que se deberá incluir sistema de fijación para cada monitor, ya sea soporte rodable o soporte de camilla o montaje a pared en función de la necesidad de cada unidad médica por lo que solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos indique las cantidades y tipos de soportes para cada unidad o el total de cada tipo. Favor de aclarar.	Id DEM: 5425, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared o soporte rodable con sistema de frenos (en relación a la necesidad de la unidad hospitalaria), para el numeral 3.6 en la presente cédula de descripción del artículo.
1493	6390	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	126	30	Monitor de signos vitales	3.6	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL TIPO DE SOPORTE QUE REQUIERE SOPORTE RODABLE O SOPORTE DE PARED. FAVOR DE ACLARAR	Id DEM: 6390, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared o soporte rodable con sistema de frenos (en relación a la necesidad de la unidad hospitalaria), para el numeral 3.6 en la presente cédula de descripción del artículo.
1494	5425	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	118	30	Monitor de signos vitales	3.7	Sugerimos a la convocante con el fin de no incrementar el costo de los equipos considerando que no son parte de una central de monitoreo para la visualización de la información centralizada, sugerimos permitimos ofertar como opcional este punto, comprobando que se cuenta con la conexión inalámbrica, ¿Se acepta?	Id DEM: 5426, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.7. Incluir accesorios para llevar a cabo la comunicación por vía inalámbrica, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1495	6468	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	82	30	Monitor de signos vitales	Cedula de especificaciones	Dice: Normas y certificados. Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por COFEPRIS o ISO 13485. Pregunta: Dado a que los Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, certificados de buenas prácticas y los que corresponden a la acreditación del cumplimiento de la norma ISO 13485 son documentos diferentes y que comprueban el cumplimiento de la existencia de procedimientos normalizados de operación para diferentes procesos en la organización del fabricante, entendemos que no se deberá presentar uno u otro, sino AMBOS. Es correcto? Lo anterior para garantizar a la convocante que los estándares de calidad de los fabricantes nacionales de equipo médico garantizan la durabilidad y operación de sus dispositivos tal y como se exige con los fabricantes extranjeros.	Id DEM: 6468, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones, para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Nacional debiendo los licitantes ubicar los requisitos que correspondan conforme a la partida en la que pretende participar.
1496	6461	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	75	30	Monitor de signos vitales	Página 23 de las Bases de Licitación	dice: d) Para el caso particular de ofertar la Partida 30 Monitor de signos vitales, PREI 16398, el licitante deberá considerar otro equipo de iguales características, incluyendo marca(s) y modelo(s), además de incluir las siguientes pruebas en su demostración:	Id DEM: 6461, Respuesta: No es correcta su apreciación. El Instituto requiere que el Monitor de signos vitales solicitado, y cuente con módulo que permita el intercambio y/o cambio de modulo extraíble por el usuario final del equipo, entre monitores de la misma marca y modelo. La presente convocatoria se encuentra abierta a la libre participación de la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración			Respuesta
							Prueba	Propósito de la Prueba	Procedimiento	Resultado Aceptable
							Modular	demostrar el cumplimiento del cambio de módulos a otro monitor.	El licitante o a quien este designe, realizará sobre los equipos presentados para el acto de demostración de características, lo indicado en el numeral 2.2.1 del Anexo 1.1 "Cajilla de descripción del Arbaud", sobre los cuales adicionalmente deberá demostrar las descripciones técnicas enunciadas por el licitante, (Anexo 1.2), incluyendo marca(s) y modelo(s).	Ambo equipos presentados para el acto de demostración de características, deberán funcionar por medio del módulo presentado, las características enunciatas por el Licitante en su descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2), la apertura del bien en cuestión o acceder a componentes internos electrónicos y/o mecánicos y/o eléctricos o de cualquier otra índole, y modelo(s).
							Conexión inalámbrica	demostrar conexión inalámbrica	El licitante o a quien este designe, realizará sobre los equipos presentados para el acto de demostración de características, la conexión inalámbrica entre ambos equipos y como comprobar dicha conexión.	Ambo equipos presentados para el acto de demostración de características, deberán demostrar dicha conexión.

Pregunta: Ya que el criterio de aceptación en la prueba modular y conexión inalámbrica tal y como esta publicada describe el funcionamiento de los monitores Benview (Familia Mindray) y Life Scope (Nihon Kohden) Entendemos que la convocante permitirá la libre participación y proposición de ofertas de otros fabricantes siempre y cuando se demuestre que el equipo es modular por tener cada una de sus funciones separadas (Tarjeta electrónica dedicada para ECG/RESP, Tarjeta dedicada para SpO2, Tarjeta dedicada para PANI, Etc, y no todas las funciones en una sola tarjeta electrónica) y coordinadas por una unidad de procesamiento central (Tarjeta Madre) así como la prueba de

Pregunta: Ya que el criterio de aceptación en la prueba modular y conexión inalámbrica tal y como esta publicada describe el funcionamiento de los monitores Beneview (Familia Mindray) y Life Scope (Nihon kohden) Entendemos que la convocante permitirá la libre participación y proposición de ofertas de otros fabricantes siempre y cuando se demuestre que el equipo es modular por tener cada una de sus funciones separadas (Tarjeta electrónica dedicada para ECG/RESP, Tarjeta dedicada para SpO2, Tarjeta dedicada para PANI, Etc, y no todas las funciones en una sola tarjeta electrónica) y coordinadas por una unidad de procesamiento central (Tarjeta Madre) así como la prueba de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1497	6467	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	81	30	Monitor de signos vitales	Página 23 de las Bases de Licitación	<p>conexión inalámbrica que demuestre que los equipos se pueden conectar a una central de monitoreo de forma inalámbrica. Es correcto? Lo anterior ya que inclusive en esta misma cédula de descripción técnica resultado fundada una inconformidad en el procedimiento pasado LA-019GYR040-E11-2016 precisamente por la interpretación "Modular" a la que se refirieron los servidores públicos Ing Jesus Ignacio Zúñiga (Jefe del Area de Evaluación de Tecnologías) y la Lic. Maria del Rosario Jaime Rodriguez (Coordinadora de programas de ingeniería) misma que aun al 1 de agosto de 2017 continua en proceso de resolución y que invariablemente causa un daño irreversible al instituto y a la proveeduría en general. Con esta propuesta se pretende que el instituto cuente con una mayor oferta y selección del equipo adecuado a los intereses de todos los mexicanos. El privar de la participación de oferentes con este tipo de descripciones solo atenta con el desarrollo de la industria nacional.</p> <p>Dice: d) Para el caso particular de ofertar la Partida 30 Monitor de signos vitales, PREI 16398, el licitante deberá considerar otro equipo de iguales características, incluyendo marca(s) y modelo(s), además de incluir las siguientes pruebas en su demostración:</p>	<p>Id DEM: 6467, Respuesta: No es correcta su apreciación y comentario. Se acepta como opción que los licitantes para el Acto de Demostración de características, sólo por lo que corresponde a la característica "Demostrar la conexión inalámbrica.", presente y demuestre que cada equipo puede ser monitoreado inalámbricamente con una tablet electrónica o una pc portátil, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración			Respuesta	
							Prueba	Propósito Prueba	de la	Procedimiento	Resultado Aceptable
							Modular	Demstrar el cumplimiento del cambio de módulos a otro monitor.		El licitante o a quien este designe, realizará sobre los equipos presentados para el acto de demostración características, lo indicado en el numeral 2.2.1 "... extraer el módulo y colocarlo en otro monitor", del Anexo 1.1 "Cédula de descripción de bienes ofertados (Anexo 1.2), Artículo", sobre los cuales adicionalmente deberá demostrar las descripciones técnicas enunciadas por el licitante, (Anexo 1.2), incluyendo marca(s) y modelo(s).	Ambos equipos presentados para el acto de demostración de características, deberán funcionar por medio del módulo presentado, las características enunciadas por el licitante en su descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2), sin implicar la apertura del bien en cuestión o acceder a componentes internos electrónicos y/o mecánicos y/o eléctricos o de cualquier otra índole.
							Conexión inalámbrica	Demstrar la conexión inalámbrica.		El licitante o a quien este designe, realizará sobre los equipos presentados para el acto de demostración características, la conexión inalámbrica entre ambos equipos y como comprobar dicha conexión.	Ambos equipos presentados para el acto de demostración de características, deberán demostrar dicha conexión.

Pregunta: Dado que es impracticco y difícil de concebir que el medico se traslade de una cama a otra con un monitor para visualizar datos que corresponden a otro monitor de un paciente distinto, para cumplimiento de este punto (Conexión inalámbrica) Podremos demostrar que cada equipo puede ser monitoreado inalámbricamente con un instrumento diseñado para estos propósitos como una tablet electronica o una pc portátil. Con lo cual ademas se procura la correcta inversion del instituto en tecnologías nuevas y económicas sin tener que estar confundiendo los monitores dentro de la misma area.

Pregunta: Dado que es impráctico y difícil de concebir que el médico se traslade de una cama a otra con un monitor para visualizar datos que corresponden a otro monitor de un paciente distinto, para cumplimiento de este punto (Conexión inalámbrica) Podremos demostrar que cada equipo puede ser monitoreado inalámbricamente con un instrumento diseñado para estos propósitos como una tablet electrónica o una pc portátil. Con lo cual además se procura la correcta inversión del instituto en tecnologías nuevas y económicas sin tener que estar confundiendo los monitores dentro de la misma área o

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1498	6462	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	76	30	Monitor de signos vitales	2.2	<p>cambiándolos de lugar o bien sustraerlos de la unidad. Es correcto?</p> <p>Dice Monitor modular... Pregunta: Ya que el equipo debe ser completamente modular, entendemos que esto aplica también para la pantalla, es decir, ser modular y por tanto desmontable de la unidad principal. Es correcto? Lo anterior permitiría la total modularidad del dispositivo y que pueda ser independiente para fines de mantenimiento y servicio que es lo que se busca con esta característica en dichos dispositivos.</p>	<p>Id DEM: 6462, Respuesta: No es correcta su apreciación. El Instituto requiere que el Monitor de signos vitales solicitado, cuente con módulo que permita el intercambio y/o cambio de módulo extraíble por el usuario final del equipo, entre monitores de la misma marca y modelo.</p>
1499	6463	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	77	30	Monitor de signos vitales	2.2	<p>Dice Monitor modular... Pregunta: Ya que hay funciones solicitadas por defecto en la cédula de especificaciones técnica, entendemos que se pueden pre-montar los modelos de las funciones que se están requiriendo por defecto siempre y cuando mantengan la modularidad. Es correcto?</p>	<p>Id DEM: 6463, Respuesta: No es correcta su apreciación. El Instituto no requiere entre los requisitos del Anexo 1.1 "Cédula de descripción del Artículo" de esta partida que se puedan "...pre-montar los modelos de las funciones que se están requiriendo" (sic), como lo indica en su pregunta. El Instituto requiere que el Monitor de signos vitales solicitado, cuente con módulo que permita el intercambio y/o cambio de módulo extraíble por el usuario final del equipo, entre monitores de la misma marca y modelo.</p>
1500	6469	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	83	30	Monitor de signos vitales	2.2	<p>Dice: Monitor modular... Pregunta: Dentro de las características del equipo se esta especificando que su aplicación deberá abarcar el universo completo de pacientes desde neonato, pediátrico y adulto. Sin embargo, la convocante no tiene en observancia a las madres embarazadas que se encuentran dentro de este universo de pacientes y que requieren de un monitoreo de signos vitales completo mas el seguimiento del neonato, ya que en ninguna parte se especifica la lectura de la frecuencia cardiaca fetal. Por tanto y en beneficio primario a los derecho habientes del instituto, entendemos que el equipo deberá ser capaz de integrar en sus funciones el monitoreo del latido cardiaco fetal y de TOCO para evaluación de las contracciones uterinas. Es correcto?</p>	<p>Id DEM: 6469, Respuesta: No es correcta su apreciación, se requiere que los licitantes atiendan la descripción solicitada y en el numeral 2.2 Monitor modular no preconfigurado, con pantalla de 10 pulgadas como mínimo (indicar marca, modelo y número de parte si se deriva de una serie o familia), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.</p>
1501	6466	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	80	30	Monitor de signos vitales	2.2.2.8.2	<p>Dice: Monitor modular... Dice: ECG... Ya que dentro del concepto de modularidad se esta solicitando en la pagina 23 la demostración de los equipos ofertados para la partida 30. Entendemos que el parámetro de ECG también deberá ser un módulo independiente de la unidad principal e inclusive poderse retirar del equipo tal y cual a la letra se señala: "Ambos equipos presentados para el acto de demostración de características, de aclaraciones. Por lo que el modulo que oferten los deberán funcionar por medio del módulo presentado, las licitantes deberá cumplir con las especificaciones y requisitos</p>	<p>Id DEM: 6466, Respuesta: No es correcta su apreciación. Los licitantes deberán realizar la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) con el fin de que el Área Técnica corrobore que cumplen con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones. Por lo que el modulo que oferten los licitantes deberá cumplir con las especificaciones y requisitos</p>

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1502	6465	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	79	30	Monitor de signos vitales	2.4	características enunciadas por el licitante en su descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2)* Por tanto, el parámetro de ECG al ser una característica a ofertar: entra dentro de este rubro. De no ser así, que el parámetro de ECG no sea retirable de la unidad principal, se tomara por fallida la prueba. Es correcto?	técnicos solicitados en la presente convocatoria.
1503	6464	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	78	30	Monitor de signos vitales	2.8.2	Dice Salida analógica para ECG... Pregunta: El equipo debe contar con la salida analógica de ECG físicamente demostrable y que pueda emitir el pulso de sincronización para desfibrilación. Es amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) con el correcto? Lo anterior debido a que no basta con el énfasis en decir que los dispositivos pueden sincronizarse sin la salida física instalada para tal efecto.	Id DEM: 6465, Respuesta: No es correcta su apreciación. Los licitantes deberán realizar la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) con el fin de que el Área Técnica corrobore que cumplen con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones.
1504	5131	COMERLAT, S.A. DE C.V.	24	30	Monitor de signos vitales	3.7	Dice ECG... Pregunta: No se especifica el largo del trazo del electrocardiograma por lo que se entiende que el equipo a ofertar debe contar con despliegue de ECG en cascada o bien con la cualidad de ampliar a dos canales la derivación seleccionada por el usuario. Es correcto?	Id DEM: 6464, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar ECG con la función despliegue de ECG en cascada y que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 3 derivaciones o más como opción para el punto 2.8.2 ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 3 derivaciones o más, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1505	5971	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	40	30	Monitor de signos vitales	2.5	Dice: Incluir accesorios para llevar a cabo la comunicación por vía inalámbrica. Debemos entender que se deberá ofertar los accesorios necesarios para realizar la comunicación entre monitor de signos vitales y una central de monitoreo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5131, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere los accesorios necesarios para realizar la comunicación por vía inalámbrica, entre monitores de signos vitales de la misma marca y modelo y/o una central de monitoreo.
1506	5972	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	41	30	Monitor de signos vitales	2.8.2	Es correcto entender que todos los indicadores en pantalla deben poder ser visualizados de forma clara a distancia y desde diferentes ángulos, por lo que se le solicita a la convocante que la pantalla tenga una resolución de al menos 1280 x 700 píxeles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5971, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5 Pantalla a color LCD o TFT o tecnología superior., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1506	5972	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	41	30	Monitor de signos vitales	2.8.2	Se propone a la convocante que la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones sea a través de un cable de 5 metros o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y en la presente cédula de descripción del artículo.	Id DEM: 5972, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.2 ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 3 derivaciones o más, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1507	5427	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	119	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.10.1	ahorro de consumibles ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5427, Respuesta: Se acepta ofertar algoritmo para el cálculo de la frecuencia cardiaca considerando ECG, SpO2 como opción para el punto 2.10.1 Frecuencia cardiaca., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1508	5822	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	86	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.11	Debido a que la hemoglobina es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, y el tener la misma sobre los niveles normales o bajo los niveles normales puede ser indicativo de alguna condición de salud, entendemos que la convocante requiere que se tenga capacidad a futuro de poder medir la misma mediante el sensor de dedo y desplegarla en la pantalla del monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5822, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.11 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo
1509	5823	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	87	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.13	Con el fin de poder visualizar los eventos de arritmia durante el traslado del paciente, entendemos que el monitor deberá de tener la capacidad de almacenar al menos 100 eventos de arritmias donde se almacene la forma de onda y los parámetros ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5823, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de 100 eventos de arritmias donde se almacene la forma de onda y los parámetros como opción para el punto 2.13 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1510	6518	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	38	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.13	Con la finalidad de que el personal médico tratante y de enfermería responsables del registro de los valores fisiológicos del paciente, permita analizar tendencias gráficas y numéricas superiores a 24 horas de todos los parámetros con el fin de obtener un mayor número de datos de los valores fisiológicos del paciente y esto conlleve a un mejor análisis del estado del paciente, sugerimos a la convocante que requiera un mínimo de 120 horas.	Id DEM: 6518, Respuesta: Se acepta ofertar Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos., como opción para el punto 2.13 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1511	5101	BIOBAST, S.A. DE C.V.	85	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.13	PREGUNTA: Pensando en que el equipo podría llegar a necesitarse en un paciente con estancia hospitalaria de más de un día entendemos que para poder tener un panorama clínico de la evolución del paciente las tendencias gráficas y numéricas deberán de ser de al menos 72 horas, que es un tiempo ofertado por cualquier fabricante con productos de calidad, ¿es correcto?	Id DEM: 5101, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente al menos 72 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos, como opción para el punto 2.13 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1512	6519	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	39	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.15	Con la finalidad de que el personal médico tratante y de enfermería, puedan garantizar la mejor atención a un mayor número de pacientes con datos confiables por un espectro de tiempo mayor, sugerimos que la duración de la batería sea de 6 horas como mínimo, sin necesidad de que sea conectado a la corriente eléctrica en este periodo de tiempo.	de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6519, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable con duración de 6 horas como mínimo, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla., como opción para el punto 2.15 Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1513	5102	BIOABAST, S.A. DE C.V.	86	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.15	PREGUNTA: Pensando en que el equipo se usará en traslados que puedan involucrar tiempos de transporte superiores a los solicitados y que inclusive el paciente podría llegar con el equipo solicitado hasta establecerse a el área hospitalaria designada pudiendo alargar así aun más la permanencia del paciente con el equipo, entendemos que un tiempo de batería de 5 horas deberá de ser el mínimo a ofertar, ¿es correcto?	Id DEM: 5102, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar batería interna recargable con duración de al menos 5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla como opción para el punto 2.15 Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1514	5103	BIOABAST, S.A. DE C.V.	87	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.16	PREGUNTA: Entendemos que debido a que el equipo deberá de contar con un diseño que favorezca el traslado, este tendrá que contar con luz de alarma visible de diferentes ángulos, incluyendo el frontal y el trasero, ¿es correcto?	Id DEM: 5103, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles de prioridad en alteraciones fisiológicas., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1515	5104	BIOABAST, S.A. DE C.V.	88	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.18	PREGUNTA: 6.5 kilogramos es demasiado peso para el traslado, pudiendo ocasionar lesiones en el personal y dificultando llevar el equipo a una mano, por lo cual entendemos que el equipo deberá de contar con un peso menor a 5 kg, ¿es correcto?	Id DEM: 5104, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con peso menor a 5 kg incluyendo la batería como opción para el punto 2.18 Peso de 6.5 Kg o menor, incluyendo la batería., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1516	4116	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	77	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.2, 2.9.1	CON LA INTENCION DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACION Y NO LIMITAR A LA INSTITUCION DE TENER MODULAR DE MAS OFERTAS A CONSIDERAR, ¿SE PODRA OFERTAR UN DESPLIEGUE DE 15 PULGADAS CON CAPACIDAD DE MONITOR MODULAR DE 15 PULGADAS CON CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE HASTA 14 CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS?	Id DEM: 4116, Respuesta: Se acepta ofertar MONITOR DE 15 PULGADAS CON CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE HASTA 14 CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS como opción para el punto 2.2 Monitor con asa configurado o modular con pantalla de 8" como mínimo., y para el punto 2.9.1 Al menos 3 curvas simultáneas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1517	5821	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	85	31	Monitor de signos vitales	2.6	Debemos entender que además de detectar al menos 10 arritmias, el monitor deberá tener la capacidad de aprender y reconocer el favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6	Id DEM: 5821, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1518	6517	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	37	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.9.1	¿Es este ritmo del paciente para diferenciarlo de las arritmias? ¿Es esto correcto? Con la finalidad de obtener un mayor registro de los valores fisiológicos del paciente, en parámetros superiores a 3 curvas simultáneas, que conlleve a un mejor análisis y registro de la evolución del paciente y un comparativo de la asimilación del tratamiento clínico, sugerimos a la convocante que requiera un mínimo de 11 curvas simultáneas	Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Id DEM: 6517, Respuesta: Se acepta ofertar Despliegue de 11 curvas fisiológicas simultáneas en pantalla como opción para el punto 2.9.1 Al menos 3 curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1519	6453	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	30	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	3.4	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR LA CATEGORIA (ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL) EN LA QUE DEBERA OFERTARSE EL CABLE DE PACIENTE PARA ECG?	Id DEM: 6453, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas. (Indicar marca, modelo y/o número de parte), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1520	6471	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	85	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.11	Dice: Saturación de oxígeno... (Indicar tecnología a ofertar) Pregunta: Que tipo de tecnologías de oximetría de pulso podrán ser ofertadas con el equipo?	Id DEM: 6471, Respuesta: Se precisa que los licitantes podrán ofertar las tecnologías existentes en el mercado o la del propio fabricante siempre que cumplan con lo solicitado en la especificación del numeral 2.11 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar) descrita en el Anexo 1.1 "Cédula de descripción del Artículo" de esta partida.
1521	5974	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	43	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.15	Con la finalidad de monitorizar a los pacientes de forma segura y sencilla durante los procedimientos o los traslados intra hospitalarios, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar batería interna recargable con duración de al menos 4 horas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5974, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable con duración de al menos 4 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla, como opción para el punto 2.15 Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1522	5134	COMERLAT, S.A. DE C.V.	27	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.15	Dice: Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. De acuerdo al artículo 29, fracción V de la LAASSP con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría, solicitamos a la convocante se permita ofertar batería interna recargable con duración de al menos 1.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla, por otra parte esta característica no afecta la funcionalidad del equipo ¿Se acepta?	Id DEM: 5134, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15 Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1523	5133	COMERLAT, S.A. DE C.V.	26	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.2	Monitor con asa configurado o modular con pantalla de 8" como mínimo. Debido a que se trata de un monitor de traslado, este debe ser compacto y ligero, por lo tanto le solicitamos a la convocante nos permita ofertar un monitor de traslado con pantalla de 5.7 pulgadas como mínimo, sin limitar los parámetros solicitados, por otra parte esta característica no afecta la funcionalidad del equipo además de que facilitar el traslado por las diferentes áreas del hospital ¿Se acepta?	Id DEM: 5133, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2 Monitor con asa configurado o modular con pantalla de 8" como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1524	6470	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	84	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.2	Dice... pantalla de 8" Pregunta: Dado que el dispositivo aun en su carácter de traslado no permitiría una visualización 20/20 A una distancia menor a 5 metros del paciente. Entendemos que el tamaño mínimo a ofertar deberá ser de 10.4" es correcto?	Id DEM: 6470, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor con asa configurado o modular con pantalla 10.4" como opción para el punto 2.2 Monitor con asa configurado o modular con pantalla de 8" como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1525	5973	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	42	31	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	2.9.2	Se propone a la convocante que la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones sea a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y ahorro de consumibles ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5973, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.2 ECG, que permita el despliegue de al menos 2 curvas, a elegir de entre 3 derivaciones o más., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1526	5105	BIOABAST, S.A. DE C.V.	89	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.1	PREGUNTA: Con esto entendemos que los monitores a ofertar deberán de contar con sus módulos, así como los módulos que pudiese incluir en un futuro a través de tecnología insertable al cuerpo del equipo y/o racks sin tener módulos externos que son fáciles de extraviar y dañar ¿es correcto?	Id DEM: 5105, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con monitores modulares para el intercambio y/o cambio de módulos extraíbles por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida
1527	5106	BIOABAST, S.A. DE C.V.	90	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.1	Para una óptima visualización de los parámetros solicitados y por la cantidad de curvas simultáneas a visualizar, entendemos que la pantalla del monitor deberá de ser de al menos 19", ¿Es correcto?	Id DEM: 5106, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor modular con pantalla de 19 pulgadas como mínimo a color LCD o TFT o tecnología superior como opción para el punto 2.2 Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo a color LCD o TFT o tecnología superior, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1528	5107	BIOABAST, S.A. DE C.V.	91	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.1	PREGUNTA: Entendemos que esta pantalla deberá de proporcionar interface a través de pantalla táctil para facilitar la interacción con el monitor de signos vitales, ¿es correcto?	Id DEM: 5107, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Monitor modular con pantalla táctil de 15 pulgadas como mínimo a color LCD o TFT o tecnología superior como opción para el punto 2.2 Monitor modular con

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1529	6521	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	41	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.1	Con la finalidad de obtener un mayor registro de los valores fisiológicos del paciente, que conlleve a un mejor análisis y registro de la evolución del paciente y un comparativo de la asimilación del tratamiento clínico y almacenamiento de eventos, con el fin de brindar un mayor seguimiento a los parámetros del paciente se solicita a la convocante que el mínimo de horas para las tendencias graficas sea de 150 horas.	Id DEM: 6521, Respuesta: Se acepta ofertar Tendencias graficas y numéricas de 150 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos, como opción para el punto 2.10 Tendencias graficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1530	5111	BIOABAST, S.A. DE C.V.	95	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.13	Entendemos que el equipo deberá de contar también con Perfil de cálculos renales, ¿es correcto?	Id DEM: 5111, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos y Perfil de cálculos renales, como opción para el punto 2.13 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1531	5827	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	91	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.16	De acuerdo a lo solicitado entendemos que podremos referenciar este punto mediante el sistema de conexión propio de cada fabricante al sistema del hospital (software y/o hardware) ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5827, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Con interface para el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1532	6391	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	127	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.16	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS DEMOSTRARLO EN FOLLEROS Y/O MANUALES QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (HIS) MEDIANTE PROTOCOLO HL7 PERO ESTE NO FORMARA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6391, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Con interface para el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1533	5112	BIOABAST, S.A. DE C.V.	96	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.16	PREGUNTA: Siendo que en la actualidad la tendencia es que la información clínica se maneje de manera digital (PACS, laboratorio, ficha clínica electrónica), pensando que los monitores a adquirir se utilizarán alrededor de 10 años y para no truncar la posibilidad de crecimiento futuro del sistema de informatización del hospital, es necesario que los monitores tengan la CAPACIDAD FUTURA de desplegar en sus pantallas (sin utilizar pantallas adicionales para no sacrificar el espacio dentro de la UCI)	Id DEM: 5112, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Con interface para el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1534	5431	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	123	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.16, 2.17	Información proveniente del sistema de PACS, laboratorio digital, ficha clínica electrónica y otros sistemas digitales existentes en el hospital, ¿es correcto? Debemos entender que se deberá incluir como parte de la propuesta técnica y económica, el hardware y software necesario para implementar esta solución. ¿Es correcto?	Id DEM: 5431, Respuesta: Es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Con interface para el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. 2.17 Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier estación de trabajo dentro de la Unidad Médica. Se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1535	6392	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	128	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.17	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO SOLO DEBEMOS DEMOSTRARLO EN FOLLEROS Y/O MANUALES QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA, PERO ESTE NO FORMARA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6392, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier estación de trabajo dentro de la Unidad Médica. Se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1536	6520	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	40	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.3.1	El numeral citado, de acuerdo al requerimiento de la convocante, solicita "visualización de parámetros y alarmas entre monitores de signos vitales", solicitamos amablemente a la convocante nos indique a qué se refiere con este punto.	Id DEM: 6520, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere que los monitores ofertados tengan la función de visualizar parámetros y alarmas en otro monitor de la misma marca y modelo, para el numeral 2.3.1 Visualización de parámetros y alarmas entre monitores de signos vitales. En la presente cédula de descripción del artículo.
1537	5108	BIOABAST, S.A. DE C.V.	92	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que esta visualización de parámetros y alarmas también deberá permitir la interacción y modificación de los mimos a través de la red, ¿es correcto?	Id DEM: 5108, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Visualización de parámetros y alarmas entre monitores de signos vitales, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1538	5109	BIOABAST, S.A. DE C.V.	93	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.3.1	PREGUNTA: Entendemos que esta visualización de parámetros y alarmas se deberá de llevar acabo solo con estar conectados a una red de monitoreo sin tener que contar con una central de monitoreo, ¿es correcto?	Id DEM: 5109, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.3 Con conexión vía inalámbrica a red que incluya comunicación entre monitores de cabecera., 2.3.1 Visualización de parámetros y alarmas entre monitores de signos vitales., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1539	5824	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	88	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.4	Entendemos para este punto que el monitor deberá de ser capaz de desplegar de manera simultánea hasta 8 parámetros con valor numérico y curvas ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5824, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 Despliegue de curvas fisiológicas al menos 8 curvas simultáneas., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1540	5830	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	94	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5	Debido a que en la terapia intensiva llegan pacientes graves generalmente en estado de inconciencia, debemos de entender que el monitor debe tener capacidad a futuro de integrar la medición del nivel de hipnosis o de inconciencia del paciente ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5830, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5 Monitoreo de los siguientes parámetros., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1541	5831	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	95	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5	Ya que en salas de terapia intensiva es muy importante el monitoreo de gases de la inspiración / expiración en los pacientes, además del CO2, la convocante requiere que el monitor tenga capacidad a futura de medición de gases como O2, N2O e incluso de agentes anestésicos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5831, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5 Monitoreo de los siguientes parámetros., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1542	5110	BIOABAST, S.A. DE C.V.	94	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5.1.3	PREGUNTA: Entendemos que debido a que se tratan de monitores de gama avanzada deberán de monitorizar y desplegar el segmento ST en todas las derivaciones simultáneas, ¿es correcto?	Id DEM: 5110, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1.3 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1543	5428	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	120	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5.2	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardiaca considerando ECG y SpO2, evitando perder el valor de la frecuencia cardiaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿Se acepta?	Id DEM: 5428, Respuesta: Se acepta ofertar algoritmo para el cálculo de la frecuencia cardiaca considerando ECG, SpO2 como opción para el punto 2.5.2 Despliegue numérico de frecuencia cardiaca., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1544	5826	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	90	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5.3	Debido a que la hemoglobina es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, y el tener la misma sobre los niveles normales o bajo los niveles normales puede ser indicativo de alguna condición de salud, entendemos que la convocante requiere que se tenga capacidad a futuro de poder medir la misma mediante el sensor de dedo y desplegarla en la pantalla del monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5826, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3 SPO2., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1545	5429	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	121	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5.5.1	Sugerimos a la convocante que el equipo cuente con etiquetas de identificación de los canales de temperatura para al menos las siguientes: T1, T2, T3, T4, Tsang, esofágica, nasal, timpánica, menos dos canales, con medición de la diferencia de rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miocardio, superficial, temperaturas y etiquetas de identificación de los canales de	Id DEM: 5429, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar que el equipo cuente con Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Cursa citivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecu tivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1546	5430	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	122	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5.7.3	central, lo cual permitirá una mejor interpretación de los datos desplegados en pantalla con información útil para el personal usuario. ¿Se acepta?	temperatura para al menos T1, T2, T3, T4, Tsang, esológica, nasal, timpánica, rectal, axilar, piel, vía aérea, ambiental, miocardiaco, superficial, central como opción para el punto 2.3.7.5 Temperatura en al menos dos canales, con medición de la diferencia de temperaturas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1547	5828	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	92	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5.7.3	Debemos entender que deberá contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario para mejorar la calidad de la señal. ¿Es correcto?	Id DEM: 5430, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracraneal, presión genérica definida por el usuario y contar con ajuste de escalas y filtros de acuerdo a la etiqueta seleccionada por el usuario como opción para el punto 2.5.7.3 Etiquetado del sitio de medición de al menos seis de los siguientes: presión arterial, presión venosa central, presión genérica o especial o definida por el usuario, arterio pulmonar, intracraneal, aurícula derecha, aurícula izquierda, presión arterio umbilical, presión venosa umbilical., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1548	5825	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	89	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.6	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Id DEM: 5828, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
1549	4117	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	78	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.6	Debemos entender que además de detectar al menos 10 arritmias, el monitor deberá tener la capacidad de aprender y reconocer el ritmo del paciente para diferenciarlo de las arritmias ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5825, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6 Detección de por lo menos 10 arritmias., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1550	6454	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	31	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	3.5.3.5.1, 3.5.2, 3.5.3	EN MÉXICO LAS ENFERMEDADES CARDIACAS VAN EN AUMENTO, POR LO QUE EXISTE LA NECESIDAD CLÍNICA DE REALIZAR UN MONITOREO COMPLETO DE ARRITMIAS, POR TANTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO 19 ARRITMIAS, LO CUAL REDUNDARÁ EN UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE EN ÁREAS CRÍTICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4117, Respuesta: Se acepta ofertar detección COMO MÍNIMO 19 ARRITMIAS como opción para el punto 2.6 Detección de por lo menos 10 arritmias., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, POR CONSIGUIENTE SE DEBERÁN OFERTAR SOLO LOS ACCESORIOS PARA LA MEDICIÓN DE LA CAPNOGRAFIA SEGUN LA TECNICA A OFERTARSE (MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM). ¿ES	Id DEM: 6454, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere los accesorios necesarios de la técnica ofertada para la medición de la Capnografía en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							CORRECTO?	
1551	5829	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	93	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	3.5.1, 3.5.2, 3.5.3	Entendemos que solo deberemos de ofertar los accesorios para el tipo de tecnología incluida con el monitor ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5829, Respuesta: Es correcta su apreciación, debiera ofertar los accesorios necesarios para la tecnología ofertada para la medición de la capnografía.
1552	5130	COMERLAT, S.A. DE C.V.	23	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.17	Dice: 2.17 Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier estación de trabajo dentro de la Unidad Médica Se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. Debemos entender que para este punto se deberá demostrar la capacidad del monitor de cumplir esta característica sin considerarse en la oferta técnica y económica. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5130, Respuesta: No es correcta su apreciación favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.17 Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier estación de trabajo dentro de la Unidad Médica. Se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1553	5128	COMERLAT, S.A. DE C.V.	21	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.4	Dice: Despliegue de curvas fisiológicas al menos 8 curvas simultáneas. Para lograr una monitorización adecuada de los pacientes se debe de contar con 12 curvas como mínimo, para ofrecer un diagnóstico más preciso, por lo tanto creemos que los monitores a ofertar deberán contar con al menos 12 curvas simultáneas. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5128, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Despliegue de curvas fisiológicas al menos 12 curvas simultáneas como opción para el punto 2.4 Despliegue de curvas fisiológicas al menos 8 curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1554	5129	COMERLAT, S.A. DE C.V.	22	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.4	Dice: Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos. Duda: la gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos, como opción para el punto 2.10 horas previas a su revisión, por lo tanto solicitamos se permita ofertar Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo. ¿Se acepta?	Id DEM: 5129, Respuesta: Si se refiere al numeral 2.10, No de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos. Se acepta ofertar Tendencias de gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos, como opción para el punto 2.10 horas previas a su revisión, por lo tanto solicitamos se permita ofertar Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo. ¿Se acepta?
1555	5975	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	44	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5.1.2	Se propone a la convocante que la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones sea a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y ahorro de consumibles ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5975, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1.2 Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1556	5976	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS	45	32	Monitor de signos vitales para terapia intensiva.	2.5.3.3	Debido que este equipo será destinado a un área de terapia intensiva, es correcto entender que deberá contar con capacidad a futuro de medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y 2.5.3.3 Para la medición en pacientes en movimiento y bajos Metahemoglobina de forma no invasiva y continua, con la finalidad niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar).	Id DEM: 5976, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.3 Para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar).

No. LA-019GYR040-E8-2017

MEXICO

[illegible]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1562	3546	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	5	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	4.1	al momento de hacer la limpieza (tamizar) y segmentación del mismo ECG. Lo cual ayudaría al personal médico a tener una buena resolución del trazo, así como evitar el ruido generado por el movimiento del paciente. ¿Se acepta?	del segmento QT., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1563	3553	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL XLI S. DE R.L. DE C.V.	2	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	7.1.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO SEGUNDA OPCIÓN A LO SOLICITADO EN PUNTO 4.1. AL CALIFICAR DE LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA No. 33, LO GRABADORAS INCLUIR AL MENOS TRES CARGADORES PARA BATERÍAS SIGUIENTES: 4.1. "BATERÍAS ALCALINAS RECARGABLES BATERÍAS PARA LAS DIEZ GRABADORAS Y AL MENOS 4 BATERÍAS INCLUIDO (AL MENOS 4 BATERÍAS RECARGABLES PARA USO DE LAS GRABADORAS CON CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES POR GRABADORA como opción para el punto 4.1 BATERÍAS alcalinas de larga duración para uso de las grabadoras. (al menos 100 piezas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 3546, Respuesta: Se acepta ofertar BATERÍAS ALCALINAS RECARGABLES PARA USO DE LAS GRABADORAS INCLUIR AL MENOS TRES CARGADORES PARA BATERÍAS SIGUIENTES: 4.1. "BATERÍAS ALCALINAS RECARGABLES BATERÍAS PARA LAS DIEZ GRABADORAS Y AL MENOS 4 BATERÍAS INCLUIDO (AL MENOS 4 BATERÍAS RECARGABLES PARA USO DE LAS GRABADORAS CON CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES POR GRABADORA como opción para el punto 4.1 BATERÍAS alcalinas de larga duración para uso de las grabadoras. (al menos 100 piezas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1564	5141	COMERLAT, S.A. DE C.V.	34	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.1.1	Para obtener un diagnóstico más preciso solicitamos requerir grabadora holler con la capacidad de almacenar 24 horas para 12 derivaciones como mínimo, 48 horas para 3 derivaciones y hasta 7 días para 2 derivaciones. ¿Se acepta?	Id DEM: 5141, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.1 Con tarjeta de memoria de al menos 24 horas de registro, integrada o extraíble del estudio programado., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1565	5142	COMERLAT, S.A. DE C.V.	35	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.1.3	Para asegurar una mejor adquisición de la señal electrocardiográfica, solicitamos requerir 1024 muestras por segundo por canal como mínimo. ¿Se acepta?	Id DEM: 5142, Respuesta: Se acepta ofertar Velocidad de muestreo 1024 muestras por segundo por canal como mínimo como opción para el punto 2.1.3 Velocidad de muestreo de al menos 125 muestras por segundo como mínimo., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1566	5143	COMERLAT, S.A. DE C.V.	36	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.1.4	Para no limitar la libre participación solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar un cable de 6 puntas por grabadora para cumplir con este punto. ¿Se acepta?	Id DEM: 5143, Respuesta: Se acepta ofertar un cable de ECG de 6 puntas por grabadora como opción para el punto 2.1.4 Cable de ECG de 5 puntas como mínimo (uno por grabadora), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1567	5144	COMERLAT, S.A. DE C.V.	37	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.3.1.1	En el modo paginación el especialista guarda señales de ECG que son desplegadas en la pantalla o página y tiene la opción de imprimir. Según la pág. 6 de la "Guía Tecnológica No. 19 Sistema de Monitoreo Electrocardiográfico Continuo y Ambulatorio (Holler) (GMDN 36827) de CENETEC, SALUD" Referencia: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/biomedica/guias_tecnologicas/19gt_holler.pdf Con fines de referenciación, solicitamos amablemente a la convocante permita referenciar "paginación" como la definición que viene en la Guía Tecnológica no. 19 mencionada anteriormente. ¿Se acepta? En el caso de no aceptar nuestra solicitud, solicitamos amablemente a la convocante definir la función de paginación.	Id DEM: 5144, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
1568	5146	COMERLAT, S.A. DE C.V.	39	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.3.1.10	Solicitamos amablemente a la convocante permita referenciar este punto como análisis de la frecuencia cardíaca (VFC), variabilidad de frecuencia cardíaca avanzada, gráfico de dispersión (Vectocardiograma), histograma de intervalo NN y RR, apnea del sueño y analizador de la frecuencia respiratoria. ¿Se acepta?	Id DEM: 5146, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar este punto como gráfico de dispersión (Vectocardiograma), histograma de intervalo NN y RR, apnea del sueño y analizador de la frecuencia respiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1569	5145	COMERLAT, S.A. DE C.V.	38	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.3.1.6	Con fines de documentación de este punto, solicitamos a la convocante permita referenciar "Caliper" como su traducción al español: "Calibrador". ¿Se acepta?	Id DEM: 5145, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1.6 caliper o compas para la medición de los complejos, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1570	5147	COMERLAT, S.A. DE C.V.	40	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.5	Para asegurar la compatibilidad informática entre el formato de los estudios y los Sistemas de información como Expedientes clínicos electrónicos, solicitamos requerir que los estudios puedan generarse en al menos los siguientes formatos: PDF, HL7, SNTL y XML. ¿Se acepta?	Id DEM: 5147, Respuesta: Se acepta ofertar Capacidad de transmisión de los estudios por vía electrónica en al menos los siguientes formatos: PDF, HL7, SNTL y XML como opción para el punto 2.5 Capacidad de transmisión de los estudios por vía electrónica., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1571	5978	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES	47	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico	2.1.10	Es correcto entender que debido a que el dispositivo se utilizará de manera ambulatoria, este no deberá de tener un peso mayor a 70 gramos como opción para g, para facilitar su portabilidad y confort ¿Es correcta nuestra opción para el punto 2.1.10 Peso máximo de 125 gramos, sin ser	Id DEM: 5978, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Peso máximo de 70 gramos como opción para el punto 2.1.10 Peso máximo de 125 gramos, sin ser

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.			fico continuo y ambulatorio.		apreciación?	obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1572	5977	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	46	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.1.3	Entendemos que para mejorar la visualización del estudio diagnóstico en cuanto al análisis de QT se deberá ofertar velocidad de muestreo de al menos 150 muestras por segundo, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5977, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar velocidad de muestreo de al menos 150 muestras por segundo como opción para el punto 2.1.3. Velocidad de muestreo de al menos 125 muestras por segundo como mínimo., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1573	5979	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	48	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	2.3.1.10	Entendemos que se debe ofertar el programa para vectocardiografía y no así apnea y análisis de frecuencia respiratoria; ya que el holler tiene el objetivo de realizar estudios de monitorización cardíaca y no así respiratorios. Además, el diagnóstico de eventos respiratorios se realiza a través de estudios complementarios. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5979, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1.10 Programa para vectocardiografía, apnea y análisis de frecuencia respiratoria., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
1574	5148	COMERLAT, S.A. DE C.V.	41	33	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	Sin Punto	Con el fin de ofrecer las mejores ventajas clínicas y tecnológicas para la convocante, sugerimos requerir un Software de análisis para las grabadoras holter, un Sistema de gestión cardiológica en el que se pueda también administrar información proveniente de mapas para presión no invasiva, electrocardiogramas en reposo y pruebas de esfuerzo, con el objetivo de proteger la inversión de la convocante y darle una mejor solución para el flujo de información del diagnóstico no invasivo del paciente cardiopata. ¿Se acepta?	Id DEM: 5148, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1575	5535	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	32	34	Ultrasonografía avanzado.		CON EL FIN DE AYUDAR A LA FACIL REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPLICADOS EN LOS QUE SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DE 1 O DOS PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO, SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS BASES UN SOFTWARE QUE PERMITA OPERAR EL EQUIPO LOS PARÁMETROS DE GANANCIA, PROFUNDIDAD, CONGELAR IMAGEN, ZOOM Y GUARDAR IMAGEN, REVISIÓN DE IMÁGENES DE PACIENTE Y ACCESO A TUTORIAL DE ESCANEADO DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL, SE ACEPTA?	Id DEM: 5535, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1576	5540	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	37	34	Ultrasonografía avanzado.		SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON LA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTOS A SOFTWARE DE CALCULO DE VELOCIDADES EN ESTUDIO VASCULARES A TRAVES DE VECTORES Y QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO A CALCULO INT POR MEDIO INSTITUTO.	Id DEM: 5540, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1577	5548	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	45	34	Ultrasonógrafo avanzado.		DE TECNOLOGÍA DE RADIO FRECUENCIA Y EN TIEMPO REAL SE ACEPTA? SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON 5 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR SE ACEPTA?	Id DEM: 5548, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1578	5523	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	20	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.1	ESPECIFICA: "CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS 8 CONTROLES INDEPENDIENTES. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC Y LCG POR MEDIO DE POR LO MENOS 8 CONTROLES INDEPENDIENTES, SE ACEPTA?	Id DEM: 5523, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con 8 controles para ajuste de ganancias independientes de ajuste de TGC y 8 controles para ajuste LGC, como opción para el punto 2.21., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1579	5529	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	26	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.1	ESPECIFICA: "CON PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO E IMAGEN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL". CON EL FIN DE FACILITAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA IMAGEN PARA MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EN LAS ESPECIFICACIONES: PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO CO 7 PASOS EN MODO B, 3D Y 4D. SE ACEPTA?	Id DEM: 5529, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con programa de reducción del ruido con 7 pasos en modo B, 3D y 4D o imagen adaptativa en tiempo real, como opción para el punto 2.10., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1580	5530	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	27	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.10, 2.11	SE ESPECIFICA: "CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN DE 2D AL OPRIMIR UN BOTÓN EN TIEMPO REAL." Y "CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN DEL DOPPLER ESPECTRA", RESPECTIVAMENTE. CON EL FIN DE MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO, SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS ESPECIFICACIONES, LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN EN MODO B : GANANCIA Y TGC; EN COLOR : GANANCIA, EL DOPPLER DE PODER : GANANCIA, EN PW: LINEA BASE, PRF-WF.Y QUE CUENTA CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE ANGULO Y POSICIÓN DE ROI EN MODO COLOR Y DE TAMAÑO Y POSICIÓN DE VOLUMEN MUESTRA EN PW. SE ACEPTA?	Id DEM: 5530, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.10. Con programa de reducción del ruido o imagen adaptativa en tiempo real y 2.11. Con optimización automática de la imagen de 2D al oprimir un botón en tiempo real, establecidos en la presente convocatoria.
1581	5531	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	28	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.13	SE ESPECIFICA: "ZOOM EN TIEMPO REAL 8X Y/O ALTA DEFINICIÓN". CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO Y FÁCIL VISUALIZACIÓN DE PEQUEÑAS ESPECÍFICAS (spot zoom) de hasta 10x y magnificación de la	Id DEM: 5531, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con zoom en tiempo real de 10X o mayor, zoom en una región específica (spot zoom) de hasta 10x y magnificación de la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1582	5532	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	29	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.14	ESTRUCTURAS DURANTE UN ESTUDIO, SE SOLICITA SE INCLUYA LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: ZOOM EN TIEMPO REAL DE 10X, ZOOM EN UNA REGIÓN ESPECÍFICA (SPOT ZOOM) DE HASTA 10X Y MAGNIFICACIÓN DE LA IMAGEN CLÍNICA AL TAMAÑO DE LA PANTALLA. SE ACEPTA?	Imagen clínica al tamaño de la pantalla y/o alta definición (HD), como opción para el punto 2.13., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							ESPECÍFICA: "CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 1000 CUADROS O 200 MB O MEMORIA DE CINE PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO 480.000 CUADROS MAYOR PARA LA REVISIÓN DE IMÁGENES". CON EL FIN DE PODER REVISAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DURANTE UN ESTUDIO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR MEMORIA DE CINE PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO DE 470 s O 480.000 CUADROS O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5532, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con memoria de cine prospectivo y retrospectivo 480.000 cuadros o mayor de imagen cuadro por cuadro o 200 MB o mayor para la revisión de las imágenes, como opción para el punto 2.14., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1583	4408	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	16	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.16	Numeral 2.16 Dice: Teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrado al tablero de control con interface en español. Entendemos que teclado, pantalla touch y panel de control deberán ser con interface en español ¿Es correcto?	Id DEM: 4408, Respuesta: Es correcta su apreciación.
1584	4409	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	17	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.16	Numeral 2.16 Dice: Teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrado al tablero de control con interface en español. Entendemos que tanto el teclado alfanumérico como la pantalla touch deberán estar integrados físicamente al tablero de control ¿Es correcto?	Id DEM: 4409, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrados físicamente al tablero de control con interface en español, como opción para el punto 2.16., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1585	5533	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	30	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.16	ESPECÍFICA: "PANTALLA TOUCH SCREEN DE 8.4 PULGADAS O MAYOR". SE SOLICITA SE PERMITA, CON EL FIN DE TECLADO ALFANUMÉRICO Y PANTALLA TOUCH SCREEN DE 12.1" CON AGILIZAR Y FACILITAR LA LABOR DEL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO, OFERTAR UNA PANTALLA TOUCH SCREEN DE 12.1 CON RESOLUCIÓN 1280x800, QUE PUEDA ANGULARSE 30° CON UN ÁNGULO DE VISIÓN 170° O MAYOR, QUE PUEDA OPERARSE CON GESTOS TÁCTILES UTILIZANDO 2 DEDOS Y QUE PUEDA SER OPERADO CON GUANTES DE LATEX. SE ACEPTA?	Id DEM: 5533, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con pantalla touch screen de 12.1" con resolución 1280x800, que pueda angularse 30° con un ángulo de visión 170° o mayor, que pueda operarse con gestos táctiles utilizando 2 dedos y que pueda ser operado con guantes de látex integrados al tablero de control con interface en español, como opción para el punto 2.16., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1586	5534	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	31	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.17	ESPECÍFICA "SALIDA DE VIDEO". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTA CON SALIDA DE VIDEO HDMI. SE ACEPTA?	Id DEM: 5534, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con salida de video HDMI, como opción para el punto 2.17., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1587	5486	HEALTHCARE	17	34	Ultrasonógrafo	2.2	YA QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE NIVEL AVANZADO.	Id DEM: 5486, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1588	5547	SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	44	34	avanzado.	2.21	DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERA CONTAR CON AL MENOS 4,000,000 DE CANALES DE PROCESAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	4,000,000 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes, como opción para el punto 2.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
		IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.			Ultrasonógrafo avanzado.		ESPECIFICA "CON CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO EN HARDWARE SOFTWARE". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A RENDERIZACIÓN CON APARIENCIA DE PIEL EN 3D Y 4D, CALCULO AUTOMATICO Y RECONSTRUCCION VOLUMETRICA DE FOLICULOS, CALCULOS AUTOMATICOS DE OBSTETRICIA, CALCULO AUTOMATICO DE VOLUMEN DE VEJIGA, CALCULO AUTOMATICO DE TRANSLUCENCIA NUCAL, PRESET DE FERTILIZACIÓN IN VITRO, SOFTWARE DE CORTES TOMOGRAFICOS Y CARDIO FETAL, PRESET PARA PISO PELVICO, TDI, CW, SOFTWARE PARA CÁLCULO DE MECÁNICA VENTRICULAR O TISSUE TRACKING, CALCULO DE STRAIN/STRAINRATE. CAPACIDAD DE INTEGRAR TRANSDUCTORES ECTORIALES ADULTOS ,PEDÁTRICO, TRANSEOFAGICOS Y NEONATALES Y OPACIFICACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO. QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON BATERIA INTERNA CON DURACIÓN DE 1.5HR Y CALENTADOR DE GEL SE ACEPTA?	Id DEM: 5547, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.21. Con capacidad de crecimiento para programa de ecorealizadores o medios de contraste., establecido en la presente convocatoria.
1589	6555	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	19	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.22	Numeral 2.22 Dice: Fusión de imágenes en formato DICOM con TC y RM. Entendemos que este software deberá contar con alineación automática de las imágenes fusionadas por lo menos con las imágenes de TC ¿Es correcto?	Id DEM: 6555, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar Fusión de imágenes en formato DICOM de TC y RM, con alineación automática de las imágenes fusionadas con las imágenes de TC, como opción para el punto 2.22., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1590	5536	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	33	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.23	ESPECIFICA: "CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE(EN NAVEGACIÓN VIRTUAL). SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO A SOFTWARE DE ANALISIS FUERA DE LINEA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5536, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.23. Capacidad de escalamiento de hardware y software (en navegación virtual), establecido en la presente convocatoria.
1591	5537	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	34	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.24	ESPECIFICA: "ALMACENAMIENTO INTERNO CON CAPACIDAD DE 500GB". DEBIDO A QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS MANEJAN UN GRAN VOLUMEN DE PACIENTES Y SE REQUIERE GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, CON EL FIN DE ASEGURAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN DISCO DURO INTERNO DE	Id DEM: 5537, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con Almacenamiento interno con capacidad de 1 TB o mayor, como opción para el punto 2.24., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1592	5538	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	35	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.25	1TB, QUE PERMITA ALMACENAR 330400 IMAGÉNES COMO MINIMO SE ACEPTA?	Id DEM: 5538, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.25. Interface de red Ethernet 100/1000 base T., establecido en la presente convocatoria.
1593	5539	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	36	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.27.1	ESPECIFICA: "SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DE SOFTWARE DE ENVÍO DE IMÁGENES Y REPORTE A PC, QUE PUEDA ENVIAR IMÁGENES CLÍNICAS DIRECTAMENTE A DISPOSITIVOS MÓVILES.	Id DEM: 5539, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.27.1. DICOM. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DE SOFTWARE DE ENVÍO DE IMÁGENES Y REPORTE A PC, QUE PUEDA ENVIAR IMÁGENES CLÍNICAS DIRECTAMENTE A DISPOSITIVOS MÓVILES.
1594	5541	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	38	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.29	ESPECIFICA: "IMAGEN COMPUESTA O COMPOSICIÓN ESPACIAL CON MÚLTIPLES NIVELES SELECCIONABLES POR EL USUARIO" SE SOLICITA SE PERMITA OFERTA UN EQUIPO QUE CUENTE CON IMAGEN COMPUESTA ESPACIAL CON 7 ÁNGULOS EN TRANSDUCTORES LINEALES Y CONVEXOS. SE ACEPTA?	Id DEM: 5541, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imagen compuesta espacial con 7 ángulos en transductores lineales y convexos con múltiples niveles seleccionables por el usuario, como opción para el punto 2.29., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1595	5487	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.3	EL RANGO DINAMICO SOLICITADO NO CORRESPONDE A UN EQUIPO AVANZADO, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACION EL SOLICITAR UN RANGO DINAMICO DE 270 DB O MAYOR ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5487, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 270 dB o mayor, como opción para el punto 2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1596	5524	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	21	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.3	PUNTO 2.3 ESPECIFICA RANGO DINAMICO DE 200dB. SE SOLICITA OFERTAR UN EQUIPO CON RANGO DINAMICO DE 260 DB O MAYO, SE ACEPTA?	Id DEM: 5524, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 260 dB o mayor, como opción para el punto 2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1597	4410	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	18	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.3	Numeral 2.30 Dice: Elastografía cuantitativa por compresión acústica u ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para aplicaciones de mama y wave), compatible con transductores convexos y lineales para abdomen con medición de m/s y/o kPa. Para garantizar resultados clínicos confiables, específicamente en el diagnóstico de fibrosis hepática, recomendamos ampliamente a la convocante considere requerir que en el reporte de resultados del ultrasonido se calcule y despliegue la relación inter-cuartil (RIC) la cual proporciona al usuario un índice de validación clínica (Id DEM: 4410, Respuesta: Se acepta ofertar elastografía acústica u ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para aplicaciones de mama y wave), compatible con transductores convexos y lineales para abdomen con medición de m/s y/o kPa. Para garantizar resultados clínicos confiables, específicamente en el diagnóstico de fibrosis hepática, recomendamos ampliamente a la convocante considere requerir que en el reporte de resultados del ultrasonido se calcule y despliegue la relación inter-cuartil (RIC) la cual proporciona al usuario un índice de validación clínica (
1598	5542	IMPULSO	39	34	Ultrasonógrafo	2.3	ESPECIFICA: "ELASTOGRAFIA CUALITATIVA DE	Id DEM: 5542, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		MEXICANO, S.A. DE C.V.			avanzado.		COMPRESIÓN ESFUERZO O MANUAL (STRAIN)*. CON EL FIN DE HACER MÁS SENCILLO LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO Y CONTRIBUIR A UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO, ASÍ COMO A UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO; SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR UN EQUIPO CON ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE TOQUE NATURAL CON TECNOLOGÍA DE COMPENSACIÓN DE COMPRESIÓN Y TECNOLOGÍA SHARE WAVE EN TRANSDUCTORES LINEALES PARA ESTUDIOS DE TIROIDES Y MAMA, Y EN TRANSDUCTORES ENDOCAVITARIOS Y CONVEXOS QUE ADEMÁS CUENTE CON FUNCIÓN DE EVALUACIÓN DE INFILTRACIÓN EN EL TEJIDO QUE RODEA LA LESIÓN. SE ACEPTA?	atender a la descripción solicitada en el numeral 2.30. Elastografía cuantitativa por compresión acústica u ondas de corte (shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para aplicaciones de mama y abdomen con medición de m/s y/o KPa., establecido en la presente convocatoria.
1599	5490	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.30, 2.31	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE CONSIDEREN ESTOS PUNTOS COMO OPCIONALES O COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO, TOMANDO EN CUENTA QUE LA OPCIÓN ENCARECE EL EQUIPO Y QUE NO SON EQUIPOS GINECOBISTÉTICOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5490, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.30. Elastografía cuantitativa por compresión acústica u ondas de corte (shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para aplicaciones de mama y abdomen con medición de m/s y/o Kpa y el 2.31. Elastografía cualitativa de compresión esfuerzo o manual (strain), establecidos en la presente convocatoria.
1600	5543	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	40	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.32.1	ESPECIFICA "TRANSDUCTOR LINEAL CON EL RANGO DE 4MHz A 8MHz". CON EL PROPOSITO DE PODER REALIZAR UN MAYOR TIPO DE EXAMENES DE MANERA ÓPTIMA. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIAS DE 1.8 MHz O MENOR A 9.7MHz O MAYOR. SE ACEPTA?	Id DEM: 5543, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor lineal con el rango de 1.8 MHz o menor a 9.7 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.32.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1601	5436	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	128	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.32.2	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar transductor Lineal con tecnología matricial con el rango de 4 MHz a 16 MHz para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para realizar elastografía. -----ebido a que para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo la matriz de cristales piezoeléctricos del M.6-15-D con más de 1000 cristales le permite al transductor generar un haz de sonido alineado reduciendo la divergencia del haz de sonido en el campo lejano y mejorando la resolución de la imagen en campo cercano y lejano. Con su campo de visión amplio de 5 cm le permite cubrir más área de rastreo y la visualización y medición de lesiones grandes, las cuales son características vitales para la realización	Id DEM: 5436, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.32.2. Lineal con el rango de 7 MHz o menor a 18 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para realizar elastografía. (Incluir número de parte o modelo), establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1602	5437	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	129	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.32.2	de la elastografía. ¿Se acepta? Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, solicitamos a la convocante nos permita ofertar Transductor lineal de 4 a 18 MHz y Transductor matricial de 4 a 16 MHz para elastografía, ya que esto traerá los mejores resultados clínicos al médico. ¿Se acepta?	Id DEM: 5437, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor lineal con el rango de 4 MHz o menor a 18 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas (Incluir número de parte o modelo) y transductor lineal matricial con el rango de 4 MHz o menor a 16 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para realizar elastografía (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.32.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1603	5491	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	22	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.32.2	EN NUESTRO CASO EL EQUIPO QUE OFERTAMOS REALIZA LA ELASTOGRAFÍA CON EL TRANSDUCTOR SOLICITADO EN EL PUNTO 2.32.1, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE EL TRANSDUCTOR SOLICITADO EN EL PUNTO 2.32.2 SE OPCIONAL TODA VEZ QUE NO SERIA REQUERIDO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5491, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.32.2. Lineal con el rango de 7 MHz o menor a 18 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para realizar elastografía. (Incluir número de parte o modelo), establecidos en la presente convocatoria.
1604	5492	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	23	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.32.2	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EL TRANSDUCTOR SOLICITADO EN ESTE PUNTO, PERO LA HERRAMIENTA DE ELASTOGRAFÍA PARA OFRECERLA EN EL TRANSDUCTOR DEL PUNTO 2.32.1. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5492, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.32.2. Lineal con el rango de 7 MHz o menor a 18 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para realizar elastografía. (Incluir número de parte o modelo), establecidos en la presente convocatoria.
1605	5544	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	41	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.32.2	ESPECIFICA TRANSDUCTOR LINEAL CON EL RANGO DE 7MHz A 18MHz. CON EL PROPOSITO DE PODER REALIZAR UN MAYOR TIPO DE EXAMENES DE MANERA ÓPTIMA. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIAS DE 7.6 MHz O MENOR A 20MHz O MAYOR. SE ACEPTA?	Id DEM: 5544, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.32.1. Lineal con el rango de 7 MHz o menor a 18 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para realizar elastografía. (Incluir número de parte o modelo), establecido en la presente convocatoria.
1606	5545	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	42	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.32.3	ESPECIFICA. "TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE 2MHz A 5MHz CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS" DEBIDO A QUE EN LA POBLACIÓN MEXICANA ES FRECUENTE ENCONTRAR PACIENTES CON OBESIDAD EN LOS CUALES SE REQUIERE UTILIZAR UNA MAYOR PROFUNDIDAD PARA	Id DEM: 5545, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad transductor convexo o curvilineo con el rango de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor como mínimo, con frecuencias armónicas e incluir guía de biopsia reusable, con una profundidad de hasta 40cm como mínimo. (Incluir número de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1607	5546	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	43	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.32.4	ESTUDIOS ABDOMINALES, SE SOLICITA SE AGREGUE A ESTA ESPECIFICACIÓN QUE EL TRANSDUCTOR CONVEXO CUENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 40cm COMO MÍNIMO. SE ACEPTA?	parte o modelo), como opción para el punto 2.32.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							SE ESPECIFICA "TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4MHz O MENOR A 9MHz O MAYOR CON CAMPO DE VISIÓN DE 140°". CON EL FIN DE PERMITIR LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MANERA OPTIMA, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON ANCHO DE BANDA DE 3.0 MHz O MENOR A 11.0MHz O MAYOR, CON CAMPO DE VISIÓN DE 210°. SE ACEPTA?	Id DEM: 5546, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con Transductor intracavitario con el rango de 3.0 MHz o menor a 11.0 MHz o mayor, con campo de visión de 210° o mayor, con frecuencias armónicas, incluir guía de biopsia reusable, (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.32.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1608	5488	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.4.3, 2.4.4	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS SOLO COMO: DOPPLER PULSADO Y DOPPLER CONTINUO RESPECTIVAMENTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5488, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.4.3. Doppler pulsado con velocidad PRF de 20,000 Hz o mayor. Y 2.4.4., Con capacidad de crecimiento de Doppler continuo con velocidad PRF de 40,000 Hz o mayor, establecidos en la presente convocatoria.
1609	5489	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.4.4	EL DOPPLER CONTINUO ES YA UN MODO DE IMAGEN ESTANDAR EN TODOS LOS EQUIPOS DE ULTRASONOGRAFIA Y MÁS AÚN NECESARIO PARA VARIOS ESTUDIOS DE LOS MÁS COMUNES. DEBEMOS ENTENDER QUE EL MODO DOPPLER CONTINUO DEBERÁ SER OFERTADO Y NO SOLAMENTE REFERENCIADO COMO CAPACIDAD A FUTURO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5489, Respuesta: Favor de remitirse a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.4.4
1610	5525	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	22	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.5	ESPECIFICA: "IMÁGENES PANORÁMICAS DE CAMPO VISUAL EXTENDIDO". SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS BASES QUE ESTA FUNCIÓN TENGA UN INDICADOR DE VELOCIDAD, PARA ASEGURAR QUE EL BARRIDO TENGA UN RESULTADO OPTIMO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5525, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes panorámicas de campo visual extendido con indicador de velocidad, como opción para el punto 2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1611	5526	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	23	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.6	ESPECIFICA: "IMÁGENES ARMÓNICAS EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS DISPONIBLES EN TODOS LOS TRANSDUCTORES". SE SOLICITA QUE, PARA TENER UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS CON LAS QUE SE ESTÁ REALIZANDO EL ESTUDIO, SE MODIFIQUE 2.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. ESTÁ PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES A : 3 esta manera.	Id DEM: 5526, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes armónicas en modo B con 3 frecuencias armónicas especificando el valor de cada una y color en las variables penetración, resolución o inversión de pulsos disponibles en todos los transductores ofertados, como opción para el punto 2.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1612	5527	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	24	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.7	FRECUENCIAS ARMÓNICAS EN MODO B ESPECIFICANDO EL VALOR DE CADA UNA, SE ACEPTA? ESPECÍFICA: "IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D DE 30 VOLÚMENES POR SEGUNDO O MAYOR, CON EL FIN DE AGILIZAR LOS ESTUDIOS VOLUMÉTRICOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LAS SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D CON FRAME RATE DE 67 VPS O MAYOR, SE ACEPTA?"	Id DEM: 5527, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes en 3D en tiempo real o 4D de con frame rate de 67 VPS o mayor, como opción para el punto 2.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1613	4407	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	15	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.7, 2.32.5	Numeral 2.7 Dice: Imágenes en 3D en tiempo real ó 4D de 30 volúmenes por segundo o mayor. Numeral 2.32.5 Dice: Transductor convexo de 2MHz o menor ó 6MHz o mayor, con frecuencias armónicas, para realizar 3D en tiempo real ó 4D (incluir número de parte o modelo) Entendemos que se deberá ofertar imágenes en 3D en tiempo real (mano alzada) en todos los transductores ofertados y 4D de 30 volúmenes por segundo o mayor en el transductor convexo de 2 MHz o menor a 6 MHz o menor solicitado en el punto 2.32.5 ¿Es correcto?	Id DEM: 4407, Respuesta: Para el numeral 2.7 es correcta su apreciación. Para el numeral 2.32.5 No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el Numeral 2.32.5 Transductor convexo de 2MHz o menor ó 6MHz o mayor, con frecuencias armónicas, para realizar 3D en tiempo real ó 4D (incluir número de parte o modelo), establecido en la presente convocatoria
1614	5528	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	25	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.9	ESPECÍFICA: "SELECCIÓN DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR". PARA GARANTIZAR QUE LA IMAGEN ADQUIRIDA TENGA LA MAYOR CALIDAD DIAGNÓSTICA. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON ENFOQUE DINÁMICO DE PIXEL Y CON COMPENSACIÓN DE VELOCIDAD DE SONIDO, SE ACEPTA?	Id DEM: 5528, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9 Selección de 8 puntos focales o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1615	5243	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	2	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.13	Los 8 pasos solicitados o 8X no permiten realizar un aumento considerable por lo que entendemos de la manera más atenta se deba ofertar un zoom en tiempo real de 32 pasos o 32X para permitir la observación de estructuras pequeñas como microcalcificaciones ¿Se acepta?	Id DEM: 5243, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con zoom en tiempo real de 32X o mayor y/o alta definición (HD) para permitir la observación de estructuras pequeñas como microcalcificaciones, como opción para el punto 2.13., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1616	6006	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	26	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.19	Solicitamos a la convocante que debido a que en los catálogos y manuales de usuario no aparece la característica de manera literal, entendemos que con fines exclusivos de referenciación se nos permitirá marcar este punto como protocolos asistidos preestablecidos y programables por el usuario ya que cumple cabalmente con lo solicitado ¿Se acepta?	Id DEM: 6006, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con protocolos asistidos preestablecidos y programables por el usuario, como opción para el punto 2.19., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1617	5244	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE	3	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.23	Debido a que uno de los problemas persistentes en los pacientes es la aterosclerosis que resulta ser una enfermedad generalizada, solicitamos de la manera más atenta que además navegación virtual) y crecimiento a medición de la íntima	Id DEM: 5244, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad de escalamiento de hardware y software (en navegación virtual) y crecimiento a medición de la íntima

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.					del crecimiento en hardware y software en navegación virtual se deba ofertar crecimiento a medición de la Intima Media por el método de radio frecuencia ya que ha mostrado en la práctica ser un factor de asociación con esta enfermedad cardiovascular ¿Se acepta?	Media por el método de radio frecuencia, como opción para el punto 2.23., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1618	6007	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27	34	Ultrasonografía avanzado.	2.29	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a la diferencia de terminología del fabricante nos permita ofertar este punto como Modo compuesto de imagen con hasta 8 líneas o niveles configurables por el usuario ¿Se acepta?	Id DEM: 6007, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con modo compuesto de imagen con hasta 8 líneas o niveles configurables por el usuario, como opción para el punto 2.29., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1619	5245	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	4	34	Ultrasonografía avanzado.	2.32.4	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que una de las características primordiales en este tipo de transductor es el ángulo o campo de visión, se deba ofertar de al menos 200° o mayor, esto generará una mejor amplitud de visión además que generará menor incomodidad al paciente ¿Se acepta?	Id DEM: 5245, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un transductor intracavitario con el rango de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con campo de visión de 200° o mayor, con menos 200° o mayor, esto generará una mejor amplitud de visión, incluir guía de biopsia reusable, frecuencias armónicas, incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.32.4., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1620	6004	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24	34	Ultrasonografía avanzado.	2.5	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que con fines exclusivos de referenciación y debido a que en la literatura no viene literal, entendemos que se podrá referenciar este punto como "Imagen panorámica la cual combina múltiples planos en una sola imagen panorámica completa" ya que es equivalente a lo solicitado ¿Se acepta?	Id DEM: 6004, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5. como "Imagen panorámica la cual combina múltiples planos en un establecido en la presente convocatoria.
1621	6005	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25	34	Ultrasonografía avanzado.	2.6	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a la diferencia de terminología empleada en la literatura del fabricante entendemos que este punto se podrá ofertar como imágenes armónicas en modo B y color en las variables de penetración, resolución y ganancia general disponibles en todos los transductores ofrecidos ya que es equivalente a lo solicitado ¿Se acepta?	Id DEM: 6005, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes armónicas en modo B y color en las variables de penetración, resolución y ganancia general disponibles en todos los transductores ofrecidos, como opción para el punto 2.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1622	5242	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	1	34	Ultrasonografía avanzado.	2.7	Lo solicitado es muy básico para el nivel de equipamiento solicitado, solicitamos que se deba ofertar una capacidad de generar imágenes en 3D en tiempo real o 4D de 40 volúmenes por segundo o mayor, debido a que esta característica permitirá generar una imagen mejor reconstruida con más detalles para el diagnóstico ¿Se acepta?	Id DEM: 5242, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes en 3D en tiempo real o 4D de 40 Volúmenes por segundo o mayor, como opción para el punto 2.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1623	5723	ISM INNOVA	45	34	Ultrasonografía	2.16	Con el objetivo de mejorar la visualización de los comandos y	Id DEM: 5723, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1624	5721	SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	43	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.3	evitar la fatiga ocular de los usuarios, considerando que estos equipos son de alta productividad, se entiende que se deberá ofertar un teclado allanumérico y pantalla touch panel de 11.5 pulgadas o mayor, ¿Es correcta nuestra apreciación?	acepta ofertar equipo con teclado allanumérico y pantalla (touch screen) de 11.5 pulgadas o mayor integrado al tablero de control con interface en español, como opción para el punto 2.16., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1625	5722	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	44	34	Ultrasonógrafo avanzado.	2.4.1	Con la finalidad de incrementar la diferenciación de tejidos en estudios superficiales, de elastografía de mama y de elastografía hepática, se entiende que el rango dinámico a ofertarse deberá de ser de 320 dB o mayor, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5721, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 320 dB o mayor, como opción para el punto 2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1626	5561	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	58	35	Ultrasonógrafo básico.		YA QUE EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS TAMBIÉN SE LLEVA A CABO LA INSTRUCCIÓN DE RESIDENTES EN EL USO DE EQUIPOS DE ULTRASONOGRAFIA Y CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESTOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON TUTORIAL DE ESCANEO, SE ACEPTA?	Id DEM: 5561, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1627	5554	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	51	35	Ultrasonógrafo básico.	2.10, 2.11	ESPECIFICA: "CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN DE 2D AL OPRIMIR UN BOTÓN EN TIEMPO REAL" Y "CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN DEL DOPPLER ESPECTRAL", RESPECTIVAMENTE. CON EL FIN DE MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO, SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS ESPECIFICACIONES, LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN EN MODO B: GANANCIA Y TGC, EN COLOR : GANANCIA, EL DOPPLER DE PODER : GANANCIA, EN PW : LINEA BASE, PRF,WF SE ACEPTA?	Id DEM: 5554, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.10 Con optimización automática de la imagen 2D al oprimir un botón en tiempo real y 2.11 Con optimización automática al oprimir un botón del doppler espectral, establecidos en la presente convocatoria.
1628	5555	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	52	35	Ultrasonógrafo básico.	2.12	ESPECIFICA: "ZOOM EN TIEMPO REAL 8X Y/O ALTA DEFINICIÓN": CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO Y FÁCIL VISUALIZACIÓN PEQUEÑAS ESTRUCTURAS DURANTE UN ESTUDIO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: ZOOM EN TIEMPO REAL DE 10X, ZOOM EN UNA REGIÓN ESPECIFICA (SPOT ZOOM) DE HASTA 10X Y	Id DEM: 5555, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con zoom en tiempo real de 10X o mayor, zoom en una región específica (spot zoom) de hasta 10x y magnificación de la imagen clínica al tamaño de la pantalla y/o alta definición (HD), como opción para el punto 2.12, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1629	5556	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	53	35	Ultrasonógrafo básico.	2.13	MAGNIFICACIÓN DE LA IMAGEN CLÍNICA AL TAMAÑO DE LA PANTALLA. SE ACEPTA?	SE ESPECIFICA: "CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 1000 CUADROS O 200 MB O MAYOR PARA LA REVISIÓN DE IMÁGENES". CON EL FIN DE PODER REVISAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DURANTE UN ESTUDIO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR MEMORIA DE CINE PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO DE 470 s O 191000 CUADROS O MAYOR, SE ACEPTA?
1630	5557	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	54	35	Ultrasonógrafo básico.	2.15	ESPECIFICA: "PANTALLA TOUCH SCREEN DE 8.4 PULGADAS O MAYOR". SE SOLICITA SE PERMITA CON EL FIN DE AGILIZAR Y FACILITAR LA LABOR DEL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO, OFERTAR UNA PANTALLA TOUCH SCREEN DE 10.4" CON RESOLUCIÓN 800X600, QUE PUEDA ANGULARSE EN 20° CON UN ANGULO DE VISIÓN 140° IZQUIERDA/DERECHA Y 110° ARRIBA /ABAJO Y QUE PUEDA SER OPERADO CON GUANTES DE LATEX. SE ACEPTA?	Id DEM: 5557, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 10.4 pulgadas o mayor con resolución 800x600, con angulación de 20°, con un ángulo de visión 140° izquierda/derecha y 110° con un ángulo de visión 140° integrado al tablero de control con interface en español, como opción para el punto 2.15., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1631	5493	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24	35	Ultrasonógrafo básico.	2.2	CONSIDERANDO QUE LA CEDULA PUBLICADA NO ESTÁ ACTUALIZADA Y QUE NO LO MENCIONAN, DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERA CONTAR CON AL MENOS 4,000,000 DE CANALES DE PROCESAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5493, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar simultáneos e independientes, como opción para el punto 2.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1632	5567	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	64	35	Ultrasonógrafo básico.	2.21	"ESPECIFICA CON CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO EN HARDWARE SOFTWARE" SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 4D, RENDERIZACIÓN CON APARIENCIA DE PIEL EN 3D Y 4D, CORTES TOMOGRAFICOS DE ULTRASONIDO, CALCULO AUTOMÁTICOS DE OBSTETRICIA, CALCULO AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DE VEJIGA, CALCULO AUTOMÁTICO DE TRANSLUCENCIA NUCAL, PRESET DE FERTILIZACIÓN IN VITRO, TDI, CW QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON BATERIA INTERNA CON DURACIÓN DE 15HR Y CALENTADOR DE GEL Y QUE CUENTE CON 4 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR.	Id DEM: 5567, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad de crecimiento a 4D, renderización con apariencia de piel en 3D y 4D, cortes tomográficos de ultrasonido, calculos automáticos de obstetricia, calculo automático de volumen de vejiga, calculo automatico de translucencia nucal, preset de fertilización in vitro, TDI, CW que tenga la posibilidad de contar con batería interna con duración de 1.5 hr y calentador de gel y que cuente con 4 puertos para la transductor, como opción para el punto 2.21., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1633	5558	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	55	35	Ultrasonógrafo básico.	2.22	ESPECIFICA: "ALMACENAMIENTO INTERNO CON CAPACIDAD DE 500GB". DEBIDO A QUE EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS SE MANEJA UN GRAN VOLUMEN DE PACIENTES Y O MAYOR, COMO OPCIÓN PARA EL PUNTO 2.22, SIN SER OBLIGATORIO.	Id DEM: 5558, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con almacenamiento en disco duro interno con capacidad de 1 TB o mayor, como opción para el punto 2.22, sin ser obligatorio.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1634	5559	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	56	35	Ultrasonógrafo básico.	2.23	ESTO REQUIERE GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS. CON EL FIN DE ASEGURAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN DISCO DURO INTERNO DE 1TB QUE PERMITA ALMACENAR 330400 IMAGENES COMO MÍNIMO. SE ACEPTA? ESPECÍFICA: "INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CONEXIÓN ALAMBRICA DE INTERNET Y QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE TENER CONEXIÓN INALAMBRICA. SE ACEPTA?	para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5559, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.23 Interface de red Ethernet 100/1000 base T., establecido en la presente convocatoria.
1635	5560	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	57	35	Ultrasonógrafo básico.	2.25.1	ESPECÍFICA: "SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS INCLUYENDO VISOR DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SOFTWARE DE ENVÍO DE IMÁGENES Y REPORTE A PC, QUE PUEDA ENVIAR IMÁGENES CLÍNICAS DIRECTAMENTE A DISPOSITIVOS MÓVILES. SE ACEPTA?	Id DEM: 5560, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.25.1 Software para almacenar estudios, incluyendo visor de imágenes compatibles con DICOM, establecido en la presente convocatoria.
1636	5562	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	59	35	Ultrasonógrafo básico.	2.27	ESPECÍFICA: "IMAGEN COMPUESTA O COMPOSICIÓN ESPACIAL CON MÚLTIPLES NIVELES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTA UN EQUIPO QUE CUENTE CON IMAGEN COMPUESTA ESPACIAL CON 3 ÁNGULOS EN TRANSDUCTORES LINEALES Y CONVEXOS. SE ACEPTA?	Id DEM: 5562, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes compuestas o composición espacial con múltiples niveles seleccionables por el usuario e imagen compuesta espacial con 3 ángulos en transductores lineales y convexos, como opción para el punto 2.27, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1637	5497	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28	35	Ultrasonógrafo básico.	2.28	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL O COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO, TOMANDO EN CUENTA QUE LA OPCIÓN ENCARNECE EL EQUIPO Y QUE NO SON EQUIPOS GINECOBISTRICOS, ADEMÁS DE QUE NO SE SOLICITA LA FUNCIÓN EN NINGÚN TRANSDUCTOR. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5497, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.28 Elastografía cualitativa de compresión esfuerzo o manual (strain), establecido en la presente convocatoria.
1638	5563	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	60	35	Ultrasonógrafo básico.	2.28	ESPECÍFICA: "ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE COMPRESIÓN ESFUERZO O MANUAL (STRAIN)". CON EL FIN DE HACER MÁS SENCILLO LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO Y CONTRIBUIR A UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO, ASÍ COMO A UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO, SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR UN EQUIPO CON ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE TOQUE NATURAL CON TECNOLOGÍA DE COMPENSACIÓN DE COMPRESIÓN EN	Id DEM: 5563, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con elastografía cualitativa de compresión esfuerzo o manual (strain) y elastografía cualitativa de toque natural con tecnología de compensación de compresión en transductores lineales para estudios de tiroides y mama, como opción para el punto 2.28, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1639	5565	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	62	35	Ultrasonógrafo básico.	2.29.1	TRANSDUCTORES LINEALES PARA ESTUDIOS DE TIROIDES Y MAMA. SE ACEPTA? 1 ESPECIFICA "TRANSDUCTOR LINEAL CON EL RANGO DE 5MHz A 12MHz". CON EL PROPOSITO DE PODER REALIZAR UN MAYOR TIPO DE EXAMENES DE MANERA ÓPTIMA. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3.0 MHz O MENOR A 14.0MHz O MAYOR. SE ACEPTA?	Id DEM: 5565, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor lineal con el rango de 3.0 MHz o menor a 14 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.29.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1640	5564	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	61	35	Ultrasonógrafo básico.	2.29.2	ESPECIFICA "TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE 2MHz A 5MHz CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS". DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN MEXICANA ES FRECUENTE ENCONTRAR PACIENTES CON OBESIDAD EN LOS CUALES SE REQUIERE UTILIZAR UNA MAYOR PROFUNDIDAD PARA ESTUDIOS ABDOMINALES, SE SOLICITA SE AGREGUE A ESTA ESPECIFICACION QUE EL TRANSDUCTOR CONVEXO CUENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 38.7 cm COMO MÍNIMO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5564, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor convexo o curvilineo con el rango de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor como mínimo, con frecuencias armónicas con una profundidad de hasta 38.7 cm como mínimo. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.29.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1641	5566	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	63	35	Ultrasonógrafo básico.	2.29.3	ESPECIFICA "TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4MHz O MENOR A 9MHz O MAYOR CON CAMPO DE VISIÓN DE 145°". CON EL FIN DE PERMITIR LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MANERA ÓPTIMA, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 2.7 MHz O MENOR A 13.1MHz O MAYOR, CON CAMPO DE VISIÓN DE 180°. SE ACEPTA?	Id DEM: 5566, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor intracavitario con el rango de 2.7 MHz o menor a 13.1 MHz o mayor, con campo de visión de 180° o mayor, con frecuencias armónicas. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.29.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1642	5494	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25	35	Ultrasonógrafo básico.	2.3	EL RANGO DINAMICO SOLICITADO NO CORRESPONDE A UN EQUIPO AVANZADO, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACION EL SOLICITAR UN RANGO DINAMICO DE 270 DB O MAYOR ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5494, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 270 dB o mayor, como opción para el punto 2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1643	5549	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	46	35	Ultrasonógrafo básico.	2.4.1	ESPECIFICA "MODO BIDIMENSIONAL Y MODO M SIMULTANEO CON 900 CUADROS O MAYOR". SE SOLICITA AUMENTAR EL NUMERO DE CUADROS A 12300 O 180s O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5549, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con modo bidimensional con modo M simultáneo con 12.300 cuadros segundos o mayor, como opción para el punto 2.4.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1644	5495	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE	26	35	Ultrasonógrafo básico.	2.4.3, 2.4.4	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS SOLO COMO: DOPPLER2 PULSADO Y DOPPLER CONTINUO	Id DEM: 5495, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.4.3 Doppler pulsado con velocidad PRF de 10,000 Hz o mayor y

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C. V.					RESPECTIVAMENTE. ¿SE ACEPTA?	2.4.4 Con capacidad de crecimiento de Doppler continuo con velocidad PRF de 40,000 Hz o mayor, establecidos en la presente convocatoria.
1645	5496	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27	35	Ultrasonógrafo básico.	2.4.4	EL DOPPLER CONTINUO ES YA UN MODO DE IMAGEN ESTANDAR EN TODOS LOS EQUIPOS DE ULTRASONOGRAFIA, Y MAS AUN NECESARIO PARA VARIOS ESTUDIOS DE LOS MAS COMUNES. DEBEMOS ENTENDER QUE EL MODO DOPPLER CONTINUO DEBERA SER OFERTADO Y NO SOLAMENTE REFERENCIADO COMO CAPACIDAD A FUTURO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5496, Respuesta: Favor de remitirse a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.4.4
1646	5550	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	47	35	Ultrasonógrafo básico.	2.5	ESPECIFICA "IMAGENES PANORAMICAS DE CAMPO VISUAL EXTENDIDO". SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS BASES QUE ESTA FUNCION TENGA UN INDICADOR DE VELOCIDAD PARA ASEGURAR QUE EL BARRIDO TENGA UN RESULTADO OPTIMO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5550, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes panorámicas de campo visual extendido con indicador de velocidad para asegurar que el barrido tenga un resultado óptimo, como opción para el punto 2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1647	5551	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	48	35	Ultrasonógrafo básico.	2.6	ESPECIFICA: "IMAGENES ARMONICAS EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACION, RESOLUCION O INVERSION DE PULSOS DISPONIBLES EN TODOS LOS TRANDUCTORES". SE SOLICITA QUE, PARA TENER UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS CON LAS QUE SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIO SE MODIFIQUE ESTA PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES A : 2 FRECUENCIAS ARMONICAS EN MODO B ESPECIFICANDO EL VALOR DE CADA UNA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5551, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1648	5552	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	49	35	Ultrasonógrafo básico.	2.8	ESPECIFICA, "SELECCION DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR. SE SABE QUE MIENTRAS MAS PUNTOS FOCALES SE UTILICEN, EL FRAME RATE DISMINUYE, INTERFIRIENDO CON LA OPTIMA REALIZACION DEL ESTUDIO. ES POR ESTO QUE 3 O 4 PUNTOS FOCALES SON SUFICIENTES PARA REALIZAR UN ESTUDIO, EN LOS CASOS ESPECIALES EN LOS QUE ASI SE REQUIERA. SE SOLICITA QUE SE NOS PERMITA OFERTAR 4 PUNTOS FOCALES, SE ACEPTA?	Id DEM: 5552, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8 Selección de 5 puntos focales o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1649	5553	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	50	35	Ultrasonógrafo básico.	2.9	ESPECIFICA: "CON PROGRAMA DE REDUCCION DE RUIDO E IMAGEN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL". CON EL FIN DE FACILITAR LA OPTIMIZACION DE LA IMAGEN PARA MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO, SE SOLICITA SE INCLUYA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EN LAS	Id DEM: 5553, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con programa de reducción del ruido 4 en pasos en MODO B, 3D y 4D o imagen adaptativa en tiempo real, como opción para el punto 2.9., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1650	5246	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	5	35	Ultrasonógrafo básico.	2.12	ESPECIFICACIONES: PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO CON 4 PASOS EN MODO B, 3D Y 4D. SE ACEPTA? Entendemos que debido a la información plasmada por el fabricante en sus catálogos, podremos referenciar este punto como Zoom en tiempo real de alta definición HD ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 5246, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.12 Zoom en tiempo real de 8X o mayor y/o alta definición (HD), establecido en la presente convocatoria.
1651	6010	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30	35	Ultrasonógrafo básico.	2.12	Entendemos que para este punto se podrá ofertar Zoom en tiempo real de 8x o Zoom de alta definición HD ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 6010, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con zoom en tiempo real de 8X o mayor de alta definición (HD), como opción para el punto 2.12., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1652	6011	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31	35	Ultrasonógrafo básico.	2.18	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que esta característica además de ofertarla como protocolos asistidos y atender a la descripción solicitada en el numeral 2.18. Que configurables por el usuario el equipo pueda tener la característica de grabar secuencias de funciones para cada aplicación con la finalidad de aumentar el flujo de trabajo ¿Se acepta?	Id DEM: 6011, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de caracterizarla además de ofertarla como protocolos asistidos y atender a la descripción solicitada en el numeral 2.18. Que configurables por el usuario el equipo pueda tener la característica de grabar secuencias de funciones para cada aplicación con la finalidad de aumentar el flujo de trabajo ¿Se acepta?
1653	5247	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	6	35	Ultrasonógrafo básico.	2.21	Debido a que uno de los problemas persistentes en los pacientes es la aterosclerosis que resulta ser una enfermedad generalizada, se deba ofertar crecimiento a medición de la Intima Media por el método de radio frecuencia ya que ha mostrado en la práctica ser un factor de asociación con esta enfermedad cardiovascular ¿Se acepta?	Id DEM: 5247, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad de crecimiento a medición de la Intima Media por el método de radio frecuencia, como opción para el punto 2.21., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1654	5248	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V.	7	35	Ultrasonógrafo básico.	2.29.3	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que una de las características primordiales en este tipo de transductor es el ángulo o campo de visión, se deba ofertar de al menos 200° o mayor, esto generará una mejor amplitud de visión además que generará menor incomodidad al paciente ¿Se acepta?	Id DEM: 5248, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con Transductor intracavitario con el rango de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con campo de visión de 200° o mayor, con frecuencias armónicas. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.29.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1655	6008	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28	35	Ultrasonógrafo básico.	2.6	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a la diferencia de terminología empleada en la literatura del fabricante entendemos que este punto se podrá ofertar como imágenes armónicas en modo B y color en las variables de penetración, resolución y ganancia general disponibles en todos los transductores ofertados, como opción para el punto 2.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6008, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes armónicas en modo B y color en las variables de penetración, resolución y ganancia general disponibles en todos los transductores ofertados, como opción para el punto 2.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1656	6009	RADIOLOGIA Y	29	35	Ultrasonógrafo	2.8	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido	Id DEM: 6009, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1657	5724	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	46	35	Ultrasonografía básico.	2.2	a la diferencia de terminología que emplea cada fabricante este punto con fines exclusivos de referenciación se pueda marcar como 8 zonas focales controladas dinámicamente indicando en el manual de operación la manera de cambiar los focos de transmisión ya que es equivalente a lo solicitado; Se acepta?	selección de 8 puntos o zonas focales controladas dinámicamente o mayor, como opción para el punto 2.8., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1658	5725	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	47	35	Ultrasonografía básico.	2.3	Con el propósito de no sacrificar resolución espacial, resolución temporal, modo 2D y elastografía de mama, se entiende que el equipo a ofertar deberá contar con al menos 4.5 millones de canales digitales. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5724, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con 4.5 millones de canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes, como opción para el punto 2.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1659	5726	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	48	35	Ultrasonografía básico.	2.4.3	Con la finalidad de incrementar la diferenciación de tejidos en estudios de mama y superficiales, se entiende que el rango dinámico a ofertarse deberá de ser de 260 dB o mayor, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5725, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo rango dinámico del sistema de 260 dB o mayor, como opción para el punto 2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1660	5581	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	78	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel		YA QUE EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS TAMBIÉN SE LLEVA A CABO LA INSTRUCCIÓN DE RESIDENTES EN EL USO DE EQUIPOS DE ULTRASONOGRAFIA Y CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESTOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON TUTORIAL DE ESCANEO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5726, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo doppler pulsado espectral con velocidad alta PRF (HPRF) incluyendo en modos duplex y triplex de 10,000 Hz o mayor, como opción para el punto 2.4.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1661	5598	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	95	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel		CON EL FIN DE AYUDAR A LA FACIL REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPLICADOS EN LOS QUE SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DE 1 O DOS PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO POR EJEMPLO DURANTE UNA BIOPSIA, SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS BASES UN SOFTWARE QUE PERMITA OPERAR EL EQUIPO LOS PARÁMETROS DE GANANCIA, PROFUNDIDAD, CONGELAR IMAGEN, ZOOM Y GUARDAR IMAGEN, REVISIÓN DE IMÁGENES DE PACIENTE Y ACCESO A TUTORIAL DE ESCANEO DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL. SE ACEPTA?	Id DEM: 5581, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1662	5601	IMPULSO MEXICANO, S.A.	98	36	Ultrasonografía Gineco-		YA QUE EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS TAMBIÉN SE LLEVA A CABO LA INSTRUCCIÓN DE RESIDENTES EN EL USO DE EQUIPOS DE ULTRASONOGRAFIA Y CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESTOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON TUTORIAL DE ESCANEO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5598, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1662	5601	IMPULSO MEXICANO, S.A.	98	36	Ultrasonografía Gineco-		YA QUE EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS TAMBIÉN SE LLEVA A CABO LA INSTRUCCIÓN DE RESIDENTES EN EL USO DE EQUIPOS DE ULTRASONOGRAFIA Y CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESTOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON TUTORIAL DE ESCANEO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5601, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1663	5595	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	92	36	Obstétrico 2º Nivel	12.13	EQUIPOS DE ULTRASONOGRAFIA Y CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESTOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON TUTORIAL DE ESCANEO. SE ACEPTA? ESPECIFICA: "ZOOM EN TIEMPO REAL 8X Y/O ALTA DEFINICIÓN". CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO Y FÁCIL VISUALIZACIÓN PEQUEÑAS ESTRUCTURAS DURANTE UN ESTUDIO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: ZOOM EN TIEMPO REAL DE 10X, ZOOM EN UNA REGIÓN ESPECÍFICA (SPOT ZOOM) DE HASTA 10X Y MAGNIFICACIÓN DE LA IMAGEN CLÍNICA AL TAMAÑO DE LA PANTALLA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5595, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con zoom en tiempo real de 10X o mayor, zoom en una región específica (spot zoom) de hasta 10x y magnificación de la imagen clínica al tamaño de la pantalla y/o alta definición (HD), como opción para el punto 2.13., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1664	5573	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	70	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2º Nivel	2.1	ESPECIFICA: "CON PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO E IMAGEN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL". CON EL FIN DE FACILITAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA IMAGEN PARA MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO, SE SOLICITA SE INCLUYA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EN LAS ESPECIFICACIONES: PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO CON 4 PASOS EN MODO B, 3D Y 4D. SE ACEPTA?	Id DEM: 5573, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con programa de reducción del ruido con 4 pasos en modo B, 3D y 4D o imagen adaptativa en tiempo real, como opción para el punto 2.10., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1665	5593	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	90	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2º Nivel	2.1	ESPECIFICA: "CON PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO E IMAGEN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL". CON EL FIN DE FACILITAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA IMAGEN PARA MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EN LAS ESPECIFICACIONES: PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO CON 7 PASOS EN MODO B, 3D Y 4D. SE ACEPTA?	Id DEM: 5593, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con programa de reducción del ruido con 7 pasos en modo B, 3D y 4D o imagen adaptativa en tiempo real, como opción para el punto 2.10., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1666	5574	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	71	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2º Nivel	2.10, 2.11	ESPECIFICA: "CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN DE 2D AL OPRIMIR UN BOTÓN EN TIEMPO REAL". Y "CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN DEL DOPPLER ESPECTRAL". RESPECTIVAMENTE. CON EL FIN DE MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO, SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS ESPECIFICACIONES, LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN EN MODO B: GANANCIA Y TGC, EN COLOR: GANANCIA, EL DOPPLER DE PODER: GANANCIA, EN PW: LINEA BASE, PRF, WF. SE ACEPTA?	Id DEM: 5574, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.10. Con programa de reducción del ruido o imagen adaptativa en tiempo real y 2.11. Con optimización automática de la imagen 2D al oprimir un botón en tiempo real, establecidos en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1667	5594	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	91	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.10, 2.11	SE ESPECIFICA: "CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN DE 2D AL OPRIMIR UN BOTÓN EN TIEMPO REAL "Y "CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN DEL DOPPLER ESPECTRA", RESPECTIVAMENTE. CON EL FIN DE MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO, SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS ESPECIFICACIONES LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA AL OPRIMIR UN BOTÓN EN MODO B : GANACIA Y TGC, EN COLOR : GANACIA, EL DOPPLER DE PODER : GANACIA, EN PW: LINEA BASE, PRF,WF Y QUE CUENTA CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE ANGULO Y POSICIÓN DE ROI EN MODO COLOR Y DE TAMAÑO Y POSICIÓN DE VOLUMEN MUESTRA EN PW. SE ACEPTA?	Id DEM: 5594, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.10. Con programa de reducción del ruido o imagen adaptativa en tiempo real y 2.11. Con optimización automática de la imagen 2D al oprimir un botón en tiempo real, establecidos en la presente convocatoria.
1668	5575	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	72	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.13	ESPECIFICA: "ZOOM EN TIEMPO REAL 8X Y/O ALTA DEFINICIÓN". CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO Y FÁCIL VISUALIZACIÓN DE PEQUEÑAS ESTRUCTURAS DURANTE UN ESTUDIO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: ZOOM EN TIEMPO REAL DE 10X, ZOOM EN UNA REGIÓN ESPECIFICA (SPOT ZOOM) DE HASTA 10X Y MAGNIFICACIÓN DE LA IMAGEN CLÍNICA AL TAMAÑO DE LA PANTALLA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5575, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con zoom en tiempo real de 10X o mayor, zoom en una región específica (spot zoom) de hasta 10x y magnificación de la imagen clínica al tamaño de la pantalla y/o alta definición (HD), como opción para el punto 2.13., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1669	5576	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	73	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.14	ESPECIFICA: "CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 1000 CUADROS O 200 MB O MAYOR PARA LA REVISIÓN DE IMÁGENES". CON EL FIN DE PODER REVISAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DURANTE UN ESTUDIO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR MEMORIA DE CINE PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO DE 470 s O 191000 CUADROS O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5576, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con memoria de cine prospectivo y retrospectivo 191,000 cuadros o mayor de imagen cuadro por cuadro o 200 MB o mayor para la revisión de las imágenes, como opción para el punto 2.14., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1670	5596	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V	93	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.14	ESPECIFICA: "CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 1000 CUADROS O 200 MB O MAYOR PARA LA REVISIÓN DE IMÁGENES". CON EL FIN DE PODER REVISAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DURANTE UN ESTUDIO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR MEMORIA DE CINE PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO DE 470 s O 480000 CUADROS O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5596, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con memoria de cine prospectivo y retrospectivo 480,000 cuadros o mayor de imagen cuadro por cuadro o 200 MB o mayor para la revisión de las imágenes, como opción para el punto 2.14., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1671	5608	IMPULSO MEXICANO, S.A.	105	36	Ultrasonógrafo Gineco-	2.15	ESPECIFICA: MONITOR PLANO LCD O LED U OLED A COLOR ID DEM: 5608, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con DE 21" O MAYOR. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN monitor plano LCD o LED u OLED a color de 19" o mayor.	

[Handwritten signature]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1672	5577	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	74	36	Obstétrico 2° Nivel	2.16	EQUIPO CON PANTALLA LED DE 19" CON EL FIN DE NO ENCARECER EL EQUIPO, YA QUE EL TAMAÑO DEL MONITOR NO DEMERITA LA CALIDAD DE LA IMAGEN, NI EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO, SE ACEPTA? ESPECIFICA: "PANTALLA TOUCH SCREEN DE 8.4 PULGADAS O MAYOR". SE SOLICITA CON EL FIN DE AGILIZAR Y FACILITAR LA LABOR DEL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO, OFERTAR UNA PANTALLA TOUCH SCREEN DE 10.4" CON RESOLUCIÓN 800X600 QUE PUEDA ANGULARSE 20° CON UN ANGULO DE VISIÓN 140° IZQUIERDA/DERECHA Y 110° ARRIBA /ABAJO Y QUE PUEDA SER OPERADO CON GUANTES DE LATEX. SE ACEPTA?	como opción para el punto 2.15., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1673	5597	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	94	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.16	EQUIPO CON PANTALLA TOUCH SCREEN DE 8.4 PULGADAS O MAYOR". SE SOLICITA CON EL FIN DE AGILIZAR Y FACILITAR LA LABOR DEL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO, OFERTAR UNA PANTALLA TOUCH SCREEN DE 10.4" CON RESOLUCIÓN 800X600, QUE PUEDA ANGULARSE 20° CON UN ANGULO DE VISIÓN 140° IZQUIERDA/DERECHA Y 110° ARRIBA /ABAJO QUE PUEDA OPERARSE CON GESTOS TÁCTILES UTILIZANDO 2 DEDOS Y OPERADO CON GUANTES DE LATEX. SE ACEPTA?	Id DEM: 5597, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con teclado alfanumérico y pantalla touch screen de 10.4" con resolución 800X600, que pueda angularse 20° con un ángulo de visión 140° o mayor y 10° ARRIBA/ABAJO, que pueda operarse con gestos fáciles utilizando 2 dedos y que pueda ser operado con guantes de latex integrados al tablero de control con interfaz en español, como opción para el punto 2.16., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1674	5479	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	10	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.2	YA QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE SEGUNDO NIVEL, DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERA CONTAR CON AL MENOS 4,000,000 DE CANALES DE PROCESAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5479, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con 4,000,000 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes, como opción para el punto 2.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1675	5587	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	84	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.21	ESPECIFICA "CON CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO EN HARDWARE SOFTWARE". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A RENDERIZACIÓN CON APARIENCIA DE PIEL EN 3D Y 4D, CORTES TOMOGRAFICOS DE ULTRASONIDO, CALCULOS AUTOMÁTICOS DE OBSTETRICIA, CALCULO AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DE VEJIGA, CALCULO AUTOMÁTICO DE TRANSLUCENCIA NUCAL, PRESET DE FERTILIZACIÓN IN VITRO, TDI, CW, QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON BATERIA INTERNA CON DURACIÓN DE 1.5HR Y CALENTADOR DE GEL QUE CUENTE CON 4 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR.	Id DEM: 5587, Respuesta: Si se refiere al numeral 2.22, Capacidad de escalamiento de hardware y software (en navegación virtual). Se acepta ofertar equipo con capacidad de crecimiento a renderización con apariencia de piel en 3D y 4D, calculo automatico y reconstrucción volumétrica de foliculos, calculos automaticos de obstetricia, calculo automatico de volumen de vejiga, calculo automatico de translucencia nucal, preset de fertilización in vitro, software de cortes tomograficos y cardio fetal, preset para piso pelvico, tdi, cw, software para cálculo de mecánica ventricular o tissue tracking, calculo de strain/strainrate. Capacidad de integrar transductores ecatoriales adultos, pedátrico, transesofágicos y neonatales y opacificación de ventriculo izquierdo. Que tenga

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1676	5607	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	104	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.21	ESPECIFICA "CON CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO EN HARDWARE SOFTWARE". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A RENDERIZACIÓN CON APARIENCIA DE PIEL EN 3D Y 4D, CALCULO AUTOMÁTICO Y RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA DE FOLÍCULOS, CALCULOS AUTOMÁTICOS DE OBSTETRICIA, CALCULO AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DE VEJIGA, CALCULO AUTOMÁTICO DE TRANSLUCENCIA NUCAL, PRESET DE FERTILIZACIÓN IN VITRO, SOFTWARE PARA CALCULO DE MECÁNICA VENTRICULAR O TISSUE TRACKING, CALCULO DE STRAIN/STRAINRATE, CAPACIDAD DE INTEGRAR TRANSDUCTORES SECTORIALES ADULTOS, PEDIÁTRICO, TRANSEOFAGICOS Y NEONATALES, QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON BATERIA INTERNA CON DURACIÓN DE 1.5HR, CALENTADOR DE GEL Y QUE CUENTE CON 4 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR.	la posibilidad de contar con batería interna con duración de 1.5hr y calentador de gel, como opción para el punto 2.22., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1677	5578	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	75	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.23	ESPECIFICA: "ALMACENAMIENTO INTERNO CON CAPACIDAD DE 500 GB". DEBIDO A QUE EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SE MANEJA UN GRAN VOLUMEN DE PACIENTES Y REQUIERE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, CON EL FIN DE ASEGURAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN DISCO DURO INTERNO DE 1TB, QUE PERMITA ALMACENAR 330400 IMÁGENES COMO MÍNIMO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5578, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con Almacenamiento interno con capacidad de 1 TB o mayor, como opción para el punto 2.23., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1678	5579	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	76	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.24	ESPECIFICA: "INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CONEXIÓN ALAMBRICA DE INTERNET Y QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE TENER CONEXIÓN INALAMBRICA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5579, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.24 Interface de red Ethernet 100/1000 base T., establecido en la presente convocatoria.
1679	5599	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	96	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico	2.24	ESPECIFICA: "INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CONEXIÓN ALAMBRICA DE INTERNET Y QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE TENER CONEXIÓN INALAMBRICA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5599, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.24 Interface de red Ethernet 100/1000 base T., establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					2° Nivel		POSIBILIDAD DE TENER CONEXIÓN INALAMBRICA. SE ACEPTA?	presente convocatoria.
1680	5580	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	77	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrica 2° Nivel	2.26.1	ESPECIFICA: "SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SOFTWARE DE ENVÍO DE IMÁGENES Y REPORTE A PC. QUE PUEDA ENVIAR IMÁGENES CLÍNICAS DIRECTAMENTE A DISPOSITIVOS MÓVILES.	Id DEM: 5580, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.26.1. Software para almacenar estudios, incluyendo visor de imágenes compatibles con DICOM, establecido en la presente convocatoria.
1681	5600	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	97	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrica 2° Nivel	2.26.1	"SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SOFTWARE DE ENVÍO DE IMÁGENES Y REPORTE A PC. QUE PUEDA ENVIAR IMÁGENES CLÍNICAS DIRECTAMENTE A DISPOSITIVOS MÓVILES.	Id DEM: 5600, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.26.1. Software para almacenar estudios, incluyendo visor de imágenes compatibles con DICOM, establecido en la presente convocatoria.
1682	5582	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	79	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrica 2° Nivel	2.28	ESPECIFICA: "IMAGEN COMPUESTA O COMPOSICIÓN ESPACIAL CON MÚLTIPLES NIVELES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTA UN EQUIPO QUE CUENTE CON IMAGEN COMPUESTA ESPACIAL CON 3 ANGULOS EN TRANSDUCTORES LINEALES Y CONVEXOS. SE ACEPTA?	Id DEM: 5582, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imagen compuesta espacial con 3 ángulos en transductores lineales y convexos con múltiples niveles seleccionables por el usuario, como opción para el punto 2.28, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1683	5602	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	99	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrica 2° Nivel	2.28	ESPECIFICA: "IMAGEN COMPUESTA O COMPOSICIÓN ESPACIAL CON MÚLTIPLES NIVELES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. SE SOLICITA SE PERMITA OFERTA UN EQUIPO QUE CUENTE CON IMAGEN COMPUESTA ESPACIAL CON 3 ANGULOS EN TRANSDUCTORES LINEALES Y CONVEXOS. SE ACEPTA?	Id DEM: 5602, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imagen compuesta espacial con 3 ángulos en transductores lineales y convexos con múltiples niveles seleccionables por el usuario, como opción para el punto 2.28, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1684	5583	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	80	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrica 2° Nivel	2.29	ESPECIFICA: " ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE COMPRESIÓN ESFUERZO O MANUAL (STRAIN)". CON EL FIN DE HACER MÁS SENCILLO LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO Y CONTRIBUIR A UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO, ASI COMO A UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO, SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR UN EQUIPO CON ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE TOQUE NATURAL CON TECNOLOGÍA DE COMPENSACIÓN DE COMPRESIÓN EN TRANSDUCTORES LINEALES PARA ESTUDIOS DE TIROIDES Y MAMA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5583, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con elastografía cualitativa y cuantitativa de toque natural con tecnología de compensación de compresión y tecnología share wave en transductores lineales para estudios de tiroides, mama y abdomen, en transductores endocavitarios y convexos que además cuente con función de evaluación de infiltración en el tejido que rodea la lesión con medición de m/s y/o kpa, como opción para el punto 2.29, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1685	5603	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	100	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.29	ESPECIFICA: "ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE COMPRESIÓN ESFUERZO O MANUAL (STRAIN)". CON EL FIN DE HACER MÁS SENCILLO LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO Y CONTRIBUIR A UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO, ASÍ COMO A UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO, SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR UN EQUIPO CON ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE TOQUE NATURAL CON TECNOLOGÍA DE COMPENSACIÓN, DE COMPRESIÓN EN TRANSDUCTORES LINEALES PARA ESTUDIOS DE TIROIDES Y MAMA, Y EN TRANSDUCTORES ENDOCÁVITARIOS; QUE ADÉMÁS CUENTE CON FUNCIÓN DE EVALUACIÓN DE INFILTRACIÓN EN EL TEJIDO QUE RODEA LA LESIÓN, QUE CALCULE UN ÍNDICE DE RELACIÓN DE RIGIDEZ O COMPRESIÓN EN TEJIDO CON LESIÓN Y TEJIDO SANO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5603, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con elastografía cualitativa y cuantitativa de toque natural con tecnología de compensación de compresión y tecnología share wave en transductores lineales para estudios de tiroides, mama y abdomen, en transductores endocavitarios y convexos que además cuente con función de evaluación de infiltración en el tejido que rodea la lesión con medición de m/s y/o kpa, como opción para el punto 2.29., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1686	5481	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.3	EL RANGO DINÁMICO SOLICITADO NO CORRESPONDE A UN EQUIPO DE SEGUNDO NIVEL, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN EL SOLICITAR UN RANGO DINÁMICO DE 270 DB O MAYOR ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5481, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 270 dB o mayor, como opción para el punto 2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1687	5584	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	81	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.30.1	ESPECIFICA "TRANSDUCTOR LINEAL CON EL RANGO DE 5MHz A 12MHz". CON EL PROPOSITO DE PODER REALIZAR UN MAYOR TIPO DE EXAMENES DE MANERA ÓPTIMA, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3.0 MHz O MENOR A 14.0MHz O MAYOR. SE ACEPTA?	Id DEM: 5584, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor lineal con el rango de 3.0 MHz o menor a 14.0 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para elastografía mamaria. (Incluir número de parte o modelo modelo), como opción para el punto 2.30.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
1688	5604	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	101	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.30.1	ESPECIFICA "TRANSDUCTOR LINEAL CON EL RANGO DE 5MHz A 10MHz". CON EL PROPOSITO DE PODER REALIZAR UN MAYOR TIPO DE EXAMENES DE MANERA ÓPTIMA, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIAS DE 3.0 MHz O MENOR A 13.50MHz O MAYOR. SE ACEPTA?	Id DEM: 5604, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor lineal con el rango de 3.0 MHz o menor a 13.5 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para elastografía mamaria. (Incluir número de parte o modelo modelo), como opción para el punto 2.30.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
1689	5585	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	82	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.30.2	ESPECIFICA "TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE 2MHz A 5MHz CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS" DEBIDO A QUE EN LA POBLACIÓN MEXICANA ES FRECUENTE ENCONTRAR PACIENTES CON OBESIDAD, EN LOS CUALES SE REQUIERE UTILIZAR UNA MAYOR PROFUNDIDAD PARA	Id DEM: 5585, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad transductor convexo o curvilineo con el rango de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor como mínimo, con frecuencias armónicas e incluir guía de biopsia reusable, con una profundidad de hasta 38.7 cm como mínimo. (Incluir número

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1690	5605	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	102	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.30.2	ESTUDIOS ABDOMINALES, SE SOLICITA SE AGREGUE A ESTA ESPECIFICACIÓN QUE EL TRANSDUCTOR CONVEXO CUENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 38.7 cm COMO MÍNIMO. SE ACEPTA?	de parte o modelo), como opción para el punto 2.30.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1691	5586	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	83	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.30.3	ESPECIFICA "TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE 2MHz A 5MHz CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS" DEBIDO A QUE EN LA POBLACIÓN MEXICANA ES FRECUENTE ENCONTRAR PACIENTES CON OBESIDAD EN LOS CUALES SE REQUIERE UTILIZAR UNA MAYOR PROFUNDIDAD PARA ESTUDIOS ABDOMINALES. SE SOLICITA SE AGREGUE A ESTA ESPECIFICACIÓN QUE EL TRANSDUCTOR CONVEXO CUENTE CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 40cm COMO MÍNIMO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5605, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad transductor convexo o curvilineo con el rango de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor como mínimo, con frecuencias armónicas e incluir guía de biopsia reusable, con una profundidad de hasta 40 cm como mínimo. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.30.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1692	5606	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	103	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.30.3	ESPECIFICA TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON RANGO DE 4MHz O MENOR A 9MHz O MAYOR CON CAMPO DE VISIÓN DE 145°. CON EL FIN DE PERMITIR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MANERA OPTIMA, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 2.7 Mhz O MENOR A 13.1MHz O MAYOR, CON CAMPO DE VISIÓN DE 180°. SE ACEPTA?	Id DEM: 5586, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con Transductor intracavitario con el rango de 2.7 Mhz o menor a 13.1 Mhz o mayor, con campo de visión de 180° o mayor, con frecuencias armónicas. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.30.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1693	5568	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	65	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.4.1	ESPECIFICA:TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO PARA REALIZAR 3D EN TIEMPO REAL O 4D CON EL RANGO DE 4MHz O MENOR A 9MHz O MAYOR CON CAMPO DE VISIÓN DE 140° CON EL FIN DE PERMITIR LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MANERA OPTIMA, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON ANCHO DE BANDA DE 2.6 Mhz O MENOR A 12.7MHz O MAYOR, CON CAMPO DE VISIÓN DE 190°. SE ACEPTA?	Id DEM: 5606, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con Transductor intracavitario con el rango de 2.6 Mhz o menor a 12.7 Mhz o mayor, con campo de visión de 190° o mayor, con frecuencias armónicas, incluir guía de biopsia reusable. (Incluir número de parte o modelo), como opción para el punto 2.30.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1694	5480	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE	11	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico	2.4.3, 2.4.4	ESPECIFICA "MODO BIDIMENSIONAL Y MODO M SIMULTANEO CON 900 CUADROS O MAYOR". SE SOLICITA AUMENTAR EL NUMERO DE CUADROS A 12300 O 1800s O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5568, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con modo bidimensional con modo M simultaneo con 12,300 cuadros segundos o mayor, como opción para el punto 2.4.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS SOLO COMO: DOPPLER PULSADO Y DOPPLER CONTINUO Doppler pulsado con velocidad PRF de 10,000 Hz o mayor. Y	Id DEM: 5480, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.4.3.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C. V.			2° Nivel		RESPECTIVAMENTE, ¿SE ACEPTA?	2.4., Doppler continuo con velocidad PRF de 40,000 Hz o mayor, establecidos en la presente convocatoria.
1695	5569	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	66	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.5	ESPECIFICA "IMÁGENES PANORÁMICAS DE CAMPO VISUAL EXTENDIDO". SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS BASES QUE ESTA FUNCIÓN TENGA UN INDICADOR DE VELOCIDAD, PARA ASEGURAR QUE EL BARRIDO TENGA UN RESULTADO ÓPTIMO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5569, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes panorámicas de campo visual extendido con indicador de velocidad, como opción para el punto 2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1696	5589	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	86	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.5	ESPECIFICA "IMÁGENES PANORÁMICAS DE CAMPO VISUAL EXTENDIDO". SE SOLICITA SE INCLUYA EN LAS BASES QUE ESTA FUNCIÓN TENGA UN INDICADOR DE VELOCIDAD, PARA ASEGURAR QUE EL BARRIDO TENGA UN RESULTADO ÓPTIMO. SE ACEPTA?	Id DEM: 5589, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes panorámicas de campo visual extendido con indicador de velocidad para asegurar que el barrido tenga un resultado óptimo, como opción para el punto 2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1697	5570	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	67	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.6	ESPECIFICA: "IMÁGENES ARMÓNICAS EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS DISPONIBLES EN TODOS LOS TRANSDUCTORES". SE SOLICITA QUE, PARA TENER UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS CON LAS QUE SE ESTÁ REALIZANDO EL ESTUDIO, SE MODIFIQUE ESTA PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES A: 2 FRECUENCIAS ARMÓNICAS EN MODO B ESPECIFICANDO EL VALOR DE CADA UNA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5570, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1698	5590	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	87	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.6	SE ESPECIFICA: "IMÁGENES ARMÓNICAS EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS DISPONIBLES EN TODOS LOS TRANSDUCTORES". SE SOLICITA QUE, PARA TENER UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS CON LAS QUE SE ESTÁ REALIZANDO EL ESTUDIO, SE MODIFIQUE ESTA PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES A : 3 FRECUENCIAS ARMÓNICAS EN MODO B ESPECIFICANDO EL VALOR DE CADA UNA. SE ACEPTA?	Id DEM: 5590, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1699	5571	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	68	36	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.7	ESPECIFICA: "IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D DE 30 VOLUMENES POR SEGUNDO O MAYOR". CON EL FIN DE AGILIZAR LOS ESTUDIOS VOLUMÉTRICOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LAS SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D CON FRAME RATE DE 49.8 VPS O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5571, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes en 3D en tiempo real o 4D de con frame rate de 49.8 VPS o mayor, como opción para el punto 2.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1700	5591	IMPULSO	88	36	Ultrasonógrafo	2.7	ESPECIFICA "IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D DE 30 VOLUMENES POR SEGUNDO O MAYOR". CON EL FIN DE AGILIZAR LOS ESTUDIOS VOLUMÉTRICOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LAS SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D CON FRAME RATE DE 49.8 VPS O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5591, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		MEXICANO, S.A. DE C.V.			Gineco-Obstétrico 2° Nivel		VOLUMENES POR SEGUNDO O MAYOR. CON EL FIN DE AGILIZAR LOS ESTUDIOS VOLUMÉTRICOS, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LAS SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D CON FRAME RATE DE 58.2 VPS O MAYOR, SE ACEPTA?	Imágenes en 3D en tiempo real o 4D de con frame rate de 58.2 VPS o mayor, como opción para el punto 2.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1701	6523	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	43	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.7.1	El numeral citado, de acuerdo al requerimiento de la convocante solicita "imagen tomográfica", solicitamos amablemente a la convocante nos indique a qué se refiere con este punto.	Id DEM: 6523, Respuesta: Se precisa que las imágenes tomográficas son información de múltiples cortes de una imagen en tres planos para conformar imágenes en 3D volumétricas en tiempo real o 4D.
1702	5572	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	69	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.9	ESPECÍFICA, "SELECCIÓN DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR". SE SABE QUE MIENTRAS MAS PUNTOS FOCALES SE UTILICEN, EL FRAME RATE DISMINUYE, INTERFERIENDO CON LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO. ES POR ESTO QUE 3 O 4 PUNTOS FOCALES SON SUFICIENTES PARA REALIZAR UN ESTUDIO, EN LOS CASOS ESPECIALES EN LOS QUE ASI SE REQUIERA. SE SOLICITA QUE SE NOS PERMITA OFERTAR 4 PUNTOS FOCALES, SE ACEPTA?	Id DEM: 5572, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9 Selección de 5 puntos focales o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1703	5592	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	89	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.9	ESPECÍFICA, "SELECCIÓN DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR". SE SABE QUE MIENTRAS MAS PUNTOS FOCALES SE UTILICEN, EL FRAME RATE DISMINUYE, INTERFERIENDO CON LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO. ES POR ESTO QUE 3 O 4 PUNTOS FOCALES SON SUFICIENTES PARA REALIZAR UN ESTUDIO, EN LOS CASOS ESPECIALES EN LOS QUE ASI SE REQUIERA. SE SOLICITA QUE SE NOS PERMITA OFERTAR 4 PUNTOS FOCALES, SE ACEPTA?	Id DEM: 5592, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9 Selección de 5 puntos focales o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1704	6015	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	35	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.13	Entendemos que para este punto se podrá ofertar Zoom en tiempo real de 8x o Zoom de alta definición HD ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 6015, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con zoom en tiempo real de 8x o mayor de alta definición (HD), como opción para el punto 2.13., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1705	6016	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	36	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.19	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que esta característica ademas de ofertarla como protocolos asistidos y atender a la descripción solicitada en el numeral 2.19. Que configurables por el usuario el equipo pueda tener la característica de grabar secuencias de funciones para cada aplicación con la finalidad de aumentar el flujo de trabajo ¿Se acepta?	Id DEM: 6016, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de caracterizar ademas de ofertarla como protocolos asistidos y atender a la descripción solicitada en el numeral 2.19. Que permita la inclusión de protocolos asistidos o configurables por el usuario el equipo pueda tener la característica de grabar secuencias de funciones para cada aplicación con la finalidad de aumentar el flujo de trabajo, establecido en la presente convocatoria.
1706	6012	RADIOLOGÍA Y	32	36	Ultrasonografía	2.4.6	Regularmente esta es una licencia ocupada para tener varias	Id DEM: 6012, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1707	6013	ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	33	36	Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.6	líneas de visión en estudios cardíacos, entendemos ya que el equipo que se pretende adquirir es para estudios gineco-obstétricos esta característica se deba ofertar como crecimiento a futuro ¿Se acepta?	atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.6. Modo M anatómico o similar comercial, establecido en la presente convocatoria.
1708	6014	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	34	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.9	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a la diferencia de terminología empleada en la literatura del fabricante entendemos que este punto se podrá ofertar como imágenes armónicas en modo B y color en las variables penetración, resolución y ganancia general disponibles en todos 2.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6013, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con imágenes armónicas en modo B y color en las variables penetración, resolución y ganancia general disponibles en todos 2.6., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1709	5729	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	51	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.16	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a la diferencia de terminología que emplea cada fabricante este punto con fines exclusivos de referenciación se pueda marcar como 8 zonas focales controladas dinámicamente indicando en el manual de operación la manera de cambiar los focos de transmisión ya que es equivalente a lo solicitado ¿Se acepta?	Id DEM: 6014, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con selección de 8 zonas focales controladas dinámicamente o mayor, como opción para el punto 2.19., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1710	5727	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	49	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.3	Con el objetivo de mejorar la visualización de los comandos y evitar la fatiga ocular de los usuarios, considerando que estos equipos son de alta productividad, se entiende que se deberá ofertar un teclado alfanumérico y pantalla touch panel de 11.5 pulgadas o mayor, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5729, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con teclado alfanumérico y pantalla touch screen de 11.5" o mayor integrado al tablero de control con interfase en español, como opción para el punto 2.16., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1711	5728	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	50	36	Ultrasonografía Gineco-Obstétrico 2° Nivel	2.4.1	Con la finalidad de incrementar la diferenciación de tejidos en estudios de mama y superficiales, se entiende que el rango dinámico a ofertarse deberá de ser de 260 dB o mayor, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5727, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 260 dB o mayor, como opción para el punto 2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1712	5482	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	13	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.2	Con la finalidad de mejorar la resolución temporal en modos múltiples en estudios obstétricos o pélvicos, se entiende que se deberá ofertar una adquisición de al menos 1,800 cuadros por segundo, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5728, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con modo bidimensional con modo M simultáneo con 1,800 cuadros segundos o mayor, como opción para el punto 2.4.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1713	5483	HEALTHCARE	14	37	Ultrasonografía	2.3	YA QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE TERCER NIVEL DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERA CONTAR CON AL MENOS 4,000,000 DE CANALES DE PROCESAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5482, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con 4,000,000 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes, como opción para el punto 2.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							EL RANGO DINAMICO SOLICITADO NO CORRESPONDE A UN	Id DEM: 5483, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			gineco-obstétrico tercer nivel.		EQUIPO DE TERCER NIVEL. POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACION EL SOLICITAR UN RANGO DINAMICO DE 270 DB O MAYOR ¿SE ACEPTA?	rango dinámico del sistema de 270 dB o mayor, como opción para el punto 2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1714	5485	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.30.3	EL TRANSDUCTOR DEBERÁ SOPORTAR ADQUISICION 4D CON AL MENOS 10 VOLUMENES POR SEGUNDO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5485, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con transductor intracavitario para realizar 3D en tiempo real o 4D con al menos 10 volúmenes por segundo, con el rango de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con campo de visión de 140° o mayor, con frecuencias armónicas. (Incluir número de parte o modelo, como opción para el punto 2.30.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1715	6557	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	7	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.30.4	Partida 37. ULTRASONÓGRAFO GINECO-OBSTÉTRICO TERCER NIVEL Punto 2.30.4. Solicitan un Transductor intracavitario para realizar 3D en tiempo real o 4D, con el rango de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con campo de visión de 140° o mayor, con frecuencias armónicas. Con el fin de tener la mayor cantidad de propuestas solicitamos atentamente se nos permita ofertar un transductor convexo de 2 MHz o menor a 8 MHz o mayor, con campo de visión de 140°. ¿se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6557, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.30.4. Transductor convexo de 2 MHz o menor a 6 MHz o mayor, con frecuencias armónicas, para realizar 3D en tiempo real o 4D. (Incluir número de parte o modelo), establecido en la presente convocatoria.
1716	5588	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	85	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.4.1	1 ESPECIFICA "BIDIMENSIONAL CON MODO M SIMULTÁNEO CON 1000 CUADROS O MAYOR". SE SOLICITA AUMENTAR EL NUMERO DE CUADROS A 24000 O 4200 O MAYOR, SE ACEPTA?	Id DEM: 5588, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con modo bidimensional con modo M simultáneo con 24.000 cuadros segundos o mayor, como opción para el punto 2.4.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1717	5484	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.4.3, 2.4.4	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS SOLO COMO: DOPPLER PULSADO Y DOPPLER CONTINUO RESPECTIVAMENTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5484, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.4.3. Doppler pulsado con velocidad PRF de 20.000 Hz o mayor. Y 2.4.4., Doppler continuo con velocidad PRF de 40.000 Hz o mayor, establecidos en la presente convocatoria.
1718	6019	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	39	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.19	Solicitamos a la convocante que debido a que en los catálogos y manuales de usuario no aparece la característica de manera literal, entendemos que con fines exclusivos de referenciación se nos permitirá marcar este punto como protocolos asistidos para optimizar flujo de trabajo, como opción para el punto preestablecidos y programables por el usuario ya que cumple cabalmente con lo solicitado ¿Se acepta?	Id DEM: 6019, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con que permita la inclusión de protocolos asistidos y/o configurables por el usuario para grabar las secuencias de las funciones para optimizar flujo de trabajo, como opción para el punto preestablecidos y programables por el usuario ya que cumple cabalmente con lo solicitado ¿Se acepta?
1719	6020	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA	40	37	Ultrasonografía gineco-	2.28	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a la diferencia de terminología del fabricante nos permita ofertar modo compuesto de imagen con hasta 8 líneas o niveles	Id DEM: 6020, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con modo compuesto de imagen con hasta 8 líneas o niveles

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			obstétrico tercer nivel.		este punto como Modo cumpuesto de imagen con hasta 8 líneas o niveles configurables por el usuario ¿Se acepta?	configurables por el usuario, como opción para el punto 2.28., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
1720	6017	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	37	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.4.6	Regularmente esta es una licencia ocupada para tener varias líneas de visión en estudios cardíacos, entendemos ya que el equipo que se pretende adquirir es para estudios gineco-obstétricos esta característica se deba ofertar como crecimiento a futuro ¿Se acepta?	Id DEM: 6017, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.6. Modo M anatómico o similar comercial, establecido en la presente convocatoria.
1721	6018	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	38	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.5	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que con fines exclusivos de referencia y debido a que en la literatura no viene literal, entendemos que se podrá referenciar este punto como "imagen panorámica la cual combina múltiples planos en una sola imagen panorámica completa" ya que es equivalente a lo solicitado ¿Se acepta?	Id DEM: 6018, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5. Imágenes panorámicas de campo visual extendido, establecido en la presente convocatoria.
1722	5732	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	54	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.16	Con el objetivo de mejorar la visualización de los comandos y evitar la fatiga ocular de los usuarios, considerando que estos equipos son de alta productividad, se entiende que se deberá ofertar un teclado alfanumérico y pantalla "touch" panel de 11.5 pulgadas o mayor, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5732, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 11.5 pulgadas o mayor integrado al tablero de control con interface en español, como opción para el punto 2.16., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1723	5730	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	52	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.3	Con la finalidad de incrementar la diferenciación de tejidos en estudios de mama y superficiales, se entiende que el rango dinámico a ofertarse deberá de ser de 260 dB o mayor, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5730, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 260 dB o mayor, como opción para el punto 2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1724	5731	ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	53	37	Ultrasonografía gineco-obstétrico tercer nivel.	2.4.1	Con la finalidad de mejorar la resolución temporal en modos múltiples en estudios obstétricos o pélvicos, se entiende que se deberá ofertar una adquisición de al menos 1,800 cuadros por segundo, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5731, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con modo bidimensional con modo M simultáneo con 1,800 cuadros segundos o mayor, como opción para el punto 2.4.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1725	6210	VIASIS, S.A. DE C.V.	90	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	1.1	Entendemos que como solicitan, una máquina de anestesia deberá ventilar a todo tipo de pacientes, desde neonatales pediátricos hasta pacientes adultos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6210, Respuesta: No se da respuesta puntual en virtud de que el punto 12 del anexo 1.2 de la convocatoria dice: Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse. Lo solicitado está definido en los numerales de la cédula.
1726	5438	GE SISTEMAS	130	38	Unidad de	2.1.4	Ya que en este tipo de áreas la cantidad de insumos y accesorios	Id DEM: 5438, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1727	5439	MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	131	38	Anestesia de alta especialidad	2.1.6	es altamente demandante, solicitamos a la convocante considerar requerir al menos dos cajones que permitan la guarda de estos insumos, ¿Se acepta?	requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.4 Con al menos un cajón., establecida en la presente convocatoria.
	5439	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	131	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.1.6	Debemos entender que se requiere brazo movable para soporte del monitor de signos vitales, que permita un mejor acceso y visualización del equipo ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5439, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerido para el Instituto. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.6 Dispositivo de montaje (a la máquina) para monitor de signos vitales., establecida en la presente convocatoria.
1728	6179	VIASIS, S.A. DE C.V.	59	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.1.7	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar cuatro ruedas enclavables o con freno, lo que permite se cumpla con la función y no limita la participación de la proveeduría.	Id DEM: 6179, Respuesta: Se acepta ofertar cuatro ruedas enclavables o con freno como opción para el punto 2.1.7 Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno o sistema de freno central. sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
1729	5832	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	96	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.1.8	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, sin que ello demerite el uso y objeto de los manómetros con las lecturas correspondientes a las presiones de los gases, ¿Se acepta?	Id DEM: 5832, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, como opción para el punto 2.1.8, toda vez que se cumple con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo establecida en el numeral 2.1.8 Manómetros digitales, codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, N2O- azul, aire- amarillo)., los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1730	5833	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	97	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.1.8.1, 2.1.8.2	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia en caso de la nuestra se usen los mismos manómetros para toma mural y cilindros con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, sin que ello demerite el uso y objeto de los manómetros con las lecturas correspondientes a las presiones de los gases, toma mural o cilindros admas que nuestra Unidad de Anestesia Alta Especialidad esta equipada con turbina es una máquina de anestesia que puede utilizarse con pacientes adultos, niños y recién nacidos. El principio de funcionamiento que hemos llamado 'HIBRIDO' es único debido a que coexisten dos sistemas al mismo	Id DEM: 5833, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, como opción para el numeral 2.1.8.1 Tres para toma mural (O2, N2O, aire). Y 2.1.8.2 Dos para cilindros (O2, N2O), toda vez que cumple con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1731	6180	VIASIS, S.A. DE C.V.	60	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.1.9	tiempo, o sea el sistema tradicional alimentado por gases centralizados y lo alimentado por turbina (en este caso no es necesaria la alimentación neumática por Aire debido al movimiento del fuelle al interior del grupo de válvulas). Lo que nos permite ofrecer nuestra tecnología en donde el microprocesador elige automáticamente el sistema a utilizar, priorizando la turbina que permite disminuir el consumo de gas (muy importante donde no este presente el aire comprimido). El usuario no debe efectuar ninguna maniobra porque el sistema es completamente automático. En la ventilación neonatal, el sistema funciona para garantizar la máxima precisión con flujos bajos. En este caso el consumo de gas es mínimo. ¿Se acepta?	Id DEM: 6180, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.9 Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 90 min., establecido en la presente convocatoria.
1732	5440	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	132	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.2	En el entendido de que el equipo solicitado es de alta especialidad, debemos entender que se requieren vaporizadores electrónicos controlados desde la pantalla del ventilador que permitan un mejor control y haciendo más eficiente el uso de los agentes anestésicos, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5440, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.2 Vaporizador o dosificador electrónico., establecida en la presente convocatoria.
1733	5441	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	133	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.2	A fin de lograr compatibilidad entre los diferentes componentes de la unidad de anestesia, debemos entender que se requiere vaporizador de la misma marca de la máquina de anestesia, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5441, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerido para el Instituto. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.2 Vaporizador o dosificador electrónico., establecida en la presente convocatoria.
1734	5442	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	134	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.3	Con el fin de proveer equipo de la más alta tecnología, debemos entender que se requiere sistema de suministro de gas fresco que le permita al usuario establecer valores objetivos de la anestesia, ajustándose de manera automática flujos y concentraciones de agente anestésico respiración a respiración del paciente, haciendo de manera eficiente el uso de agente anestésico ahorrando de apegarse a la descripción establecida en la presente	Id DEM: 5442, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo en el numeral 2.3 Suministro de gas fresco, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerido para el Instituto. Favor de apegarse a la descripción establecida en la presente

Página 254 de 368

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1735	5443	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	135	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.3.1.1	forma significativa costos ¿Es esto correcto?	convocatoria.
							Debemos entender que se requiere sistema de control de flujo de gas fresco, que evite la administración de agente anestésico en exceso, guiando al médico a la correcta programación de dicho flujo para resolver de manera más rápida problemas con niveles de FiO2. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5443, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo en el numeral 2.3.1.1 Control de ajuste en pantalla o control manual del flujo total del gas fresco, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerido para el Instituto. Favor de apegarse a la descripción establecida en la presente convocatoria.
1736	5834	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	98	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.3.1.2	Con fines de referencia y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, sin que ello demente el uso y objeto de los parámetros programados en los Flujómetros electrónicos con el monitoreo ajuste y control correspondientes en el caso de nuestra tecnología tiene la opción de utilizar otro gas anestésico en lugar del N2O: el Xenón., ¿Se acepta?	Id DEM: 5834, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, como opción para el numeral 2.3.1.2 Despliegue en pantalla del flujómetro virtual o electrónico para cada gas medicinal codificado de acuerdo al código americano de colores: O2-verde, aire-amarillo, N2O-azul., toda vez que cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.3.1.2, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo y sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1737	5835	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	99	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.3.3	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones de control y seguridad solicitamos permitan ofertar tecnología propia contra mezclas hipoxicas MIX-LIFE. Siempre garantiza la concentración mínima del 25 % de oxígeno en las mezclas con N2O, en caso de falla o baja presión de oxígeno CUT- N2O, en caso de falla o baja presión de oxígeno CUT-OFF. Alarma acústica con corte inmediato del suministro de N2O contra las sobrepresiones en salida. Válvula de seguridad calibrada en 0.8 bar de protección de los Flujómetros en vidrio. en caso de falla o baja presión de aire comprimido. Todos los sistemas (fuerza motriz) que se alimentan por aire comprimido son suministrados automáticamente con oxígeno. contra el suministro contemporáneo de AIRE Y N2O. Selección a través de botón en el panel frontal de la flujométrica, ¿Se acepta?	Id DEM: 5835, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia contra mezclas hipoxicas MIX-LIFE. Siempre garantiza la concentración mínima del 25 % de oxígeno en las mezclas con N2O, en caso de falla o baja presión de oxígeno CUT- N2O, en caso de falla o baja presión de oxígeno CUT-OFF. Alarma acústica con corte inmediato del suministro de N2O contra las sobrepresiones en salida. Válvula de seguridad calibrada en 0.8 bar de protección de los Flujómetros en vidrio. en caso de falla o baja presión de aire comprimido. Todos los sistemas (fuerza motriz) que se alimentan por aire comprimido son suministrados automáticamente con oxígeno. contra el suministro contemporáneo de AIRE Y N2O. Selección a través de botón en el panel frontal de la flujométrica, como opción para el punto 2.3.3 Guarda hipoxica mínima de 23%, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo y sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1738	6182	VIASIS, S.A. DE C.V.	62	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.4.1, 2.4.1.1, 2.4.1.4	Entendemos que la convocante requiere de un equipo que cuente con un canister con capacidad de 1.750kg, con capacidad del equipo con sistema bypass que permita el cambio de cal sodada en cualquier momento del procedimiento sin generar fugas.	Id DEM: 6182, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en los numerales 2.4.1 Un canister., 2.4.1.1 Con capacidad

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1739	5836	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	100	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.4.1.4	Se refiere la convocante a que la Unidad de Anestesia de Alta Especialidad debe contar con un sistema que permita el cambio en caso de nuestra tecnología el absorbedor de CO2 del 1 Kg con desenganchó rápido que permite también el reemplazo durante la intervención (el canister es autoclavable y reusable). El sistema de recambio es de tipo selectivo reduciendo al mínimo el consumo de cal sodada y de los gases frescos. El sistema cuenta con válvulas que es calentado al fin de reducir la condensación y para calentar los gases frescos, ofreciendo las mejores condiciones de operatividad y ahorro, ¿Se acepta?	Id DEM: 5836, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.4.1.4 Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas. Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral, establecido en la presente convocatoria.
1740	5444	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	136	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.4.10	Con el fin de proveer equipo de fácil acceso y uso, debemos entender que el soporte para la bolsa deberá permitir movimientos horizontales con ajuste vertical para que el anestesiólogo pueda manipular de una mejor manera el equipo durante la ventilación manual, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5444, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo en el numeral 2.4.10 Brazo ajustable para bolsa de ventilación manual, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de apegarse a la descripción establecida en la presente convocatoria.
1741	6183	VIASIS, S.A. DE C.V.	63	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.4.7	Entendemos que la válvula APL o válvula de Sobrepresión Manual deberá ser ajustable, la presión respiratoria durante la forma de ventilación MAN/SPONT. es limitada por la válvula APL (Adjustable Pressure Limitation) que puede ajustarse manualmente entre las dos posiciones extremas SP (respiración espontánea abierta completamente) ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6183, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.7 Válvula ajustable de presión (APL). Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral establecido en la presente convocatoria.
1742	6181	VIASIS, S.A. DE C.V.	61	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5	Entendemos que la convocante requiere una unidad de anestesia que les permita tener la seguridad y tranquilidad de brindar soporte de vida adecuado para pacientes en estado crítico que requieren de un soporte de la función respiratoria por método invasivo o	Id DEM: 6181, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5 Ventilador microprocesado, interconstruido o

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1743	6184	VIASIS, S.A. DE C.V.	64	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5	invasivo con tecnología basada en microprocesador de la misma marca que el equipo ofertado. ¿es correcto?	integrado, de la misma marca que la máquina de anestesia, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral establecido en la presente convocatoria.
1744	5445	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	137	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.3.2	Debemos entender que la convocante requiere de una unidad de anestesia que cumpla con los estándares del equipo ventilador de anestésicos certificado por el sistema ISO 8835-5 ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6184, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5 Ventilador microprocesado, interconstruido o integrado, de la misma marca que la máquina de anestesia. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5 establecido en la presente convocatoria.
1745	6187	VIASIS, S.A. DE C.V.	67	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.3.2	Con el fin de proveer equipo de la más alta tecnología que permita al usuario visualizar una mayor información del estado clínico del paciente en forma clara y ordenada, solicitamos considerar requerir pantalla de al menos 15". ¿Se acepta?	Id DEM: 5445, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerido para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.2 Tamaño mínimo de 12".
1746	6188	VIASIS, S.A. DE C.V.	68	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.3.2	Ya que la convocante solicita una unidad de anestesia con despliegue de gráficos y datos numéricos debemos entender que el equipo a ofertar debe contar con pantalla de al menos 15 pulgadas o mayor, que despliegue curvas, bucles o lazos cerrados de manera simultánea para una mejor visualización de la mecánica pulmonar del paciente ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6187, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.3.2 Tamaño mínimo de 6.5". Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.2 establecido en la presente convocatoria.
1747	6189	VIASIS, S.A. DE C.V.	69	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.3.2, 2.7.3	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta se nos permita ofertar un monitor configurado con pantalla de 15 pulgadas, sin demeritar las características y funcionamiento del equipo ¿se acepta?	Id DEM: 6188, Respuesta: Se acepta ofertar monitor configurado con pantalla de 115 pulgadas, sin demeritar las características y funcionamiento del equipo, como opción para el punto 5.3.2 Tamaño mínimo de 12", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							Dado que los equipos de ventilación pulmonar requieren una visualización amplia en la unidad de cuidados intensivos, por ello sugerimos a la convocante tener en cuenta el despliegue de al menos 4 curvas o gráficos simultáneos en el equipo con un rango de apreciación de la misma de más de 15" independientes de los parámetros de monitorización de signos vitales. Por ello creemos que el tamaño mínimo de pantalla de la unidad de anestesia deberá de ser de 15". ¿es correcto?	Id DEM: 6189, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en los numerales 2.5.3.2 Tamaño mínimo de 12", y 2.7.3 de apreciación de la misma de más de 15" independientes de los parámetros de monitorización de signos vitales. Por ello creemos de 15" como mínimo en referencia al numeral 2.7 Monitor de que el tamaño mínimo de pantalla de la unidad de anestesia signos vitales (indicar marca y modelo), por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1748	6190	VIASIS, S.A. DE C.V.	70	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.3.5	La convocante requiere que la unidad de anestesia sea capaz de desplegar en pantalla al menos cuatro curvas (presión, flujo, volumen, gases respiratorios) y tendencias gráficas o numéricas ¿es esto correcto?	Id DEM: 6190, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.3.5 Despliegue mínimo de tres curvas simultáneas. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.5, establecido en la presente convocatoria.
1749	5446	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	138	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.4	Ya que el equipo requerido es de gama alta, con el fin de permitir al usuario tener mejores herramientas para ofrecer un adecuado apoyo ventilatorio a cualquier tipo de paciente, debemos entender que se requieren modos ventilatorios que permitan lo anterior como lo son: SIMV con control presión y volumen garantizado, así como CPAP+PSV, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5446, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5.4 Modos de ventilación, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerido para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.4 Modos de ventilación, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1750	6191	VIASIS, S.A. DE C.V.	71	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.4	Entendemos que la convocante solicita una unidad de anestesia que deberá ventilar a todo tipo de pacientes en modos ventilatorios configurables como lo son volumen y presión cuando menos. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6191, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación, 2.5.4.1 Controlado por volumen, 2.5.4.2 Controlado por presión, 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada), 2.5.4.4 Presión Soporte y 2.5.4.5 Ventilación por presión con volumen garantizado, VCRP (Volumen Controlado Regulado por Presión) o autoflow, establecidos en la cédula de descripción del artículo.
1751	6192	VIASIS, S.A. DE C.V.	72	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.4	Entendemos que el ventilador deberá de contar con los modos de ventilación controlada por presión y por volumen, así como los modos de ventilación asistida como lo es presión soporte y volumen soporte ¿es esto correcto?	Id DEM: 6192, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación, 2.5.4.1 Controlado por volumen, 2.5.4.2 Controlado por presión, 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada), 2.5.4.4 Presión Soporte y 2.5.4.5 Ventilación por presión con volumen garantizado, VCRP (Volumen Controlado Regulado por Presión) o autoflow, establecidos en la cédula de descripción del artículo.
1752	6199	VIASIS, S.A. DE C.V.	79	38	Unidad de Anestesia de	2.5.5, 2.5.6, 2.5.7	La convocante requiere que además de los parámetros solicitados, el equipo realice el monitoreo de la Compliance estática/dinámica	Id DEM: 6199, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					alta especialidad		(opcional), C20/C (opcional), Resistencia (opcional) ¿Es esto correcto?	presente cédula de descripción del artículo en los numerales 2.5.5 Controles y ajuste de:, 2.5.6 Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales:, 2.5.7 Despliegue de curvas en pantalla del ventilador o en el monitor de signos vitales:, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1753	6193	VIASIS, S.A. DE C.V.	73	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.5.1	Entendemos que como solicitan, una unidad de anestesia y durante el tratamiento de pacientes neonatales, pediátricos o adultos, requieren que garantice de una ventilación de Volumen Tidal o Volumen Corriente de 3ml a 1600ml en la configuración del ventilador del sistema de unidad de anestesia ¿es esto correcto?	Id DEM: 6193, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.5.1 Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1400 ml, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.5, establecido en la presente convocatoria.
1754	6194	VIASIS, S.A. DE C.V.	74	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.5.1	Entendemos que la convocante requiere de una unidad de anestesia durante el tratamiento de un paciente pediátrico y/o neonatal requieren que al menos garantice una ventilación de cuando menos 5 ml en la configuración del ventilador del sistema del equipo ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6194, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.1 Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1400 ml, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1755	6195	VIASIS, S.A. DE C.V.	75	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.5.1	Está demostrado que la aplicación de altos volúmenes corrientes inspirados o volumen Tidal es causa de daño pulmonar, y la tendencia actual de las guías de ventilación se enfoca a la aplicación de bajos volúmenes corrientes inspirados, por lo cual solicitamos nos permitan ofertar rango de volumen de 3ml hasta 1600 ml como parámetros opcionales para pacientes neonatales. ¿se acepta?	Id DEM: 6195, Respuesta: Se acepta ofertar rango de inspirados o volumen Tidal es causa de daño pulmonar, y la tendencia actual de las guías de ventilación se enfoca a la 2.5.5.1 Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1400 ml, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1756	6196	VIASIS, S.A. DE C.V.	76	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.5.4	Entendemos que la convocante y el área usuaria preocupada por un adecuado uso y programación de la frecuencia respiratoria en pacientes pediátricos y/o neonatales requiere de ciclos mayores a 100 respiraciones por minuto. Por lo tanto, sugerimos a la convocante considere solicitar que la unidad de anestesia tenga la capacidad a futuro que permita programar el equipo sea dentro de los parámetros de 14 a 100 rpm ¿Se acepta?	Id DEM: 6196, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5.5.4 Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto, favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la cédula de descripción del artículo.
1757	6197	VIASIS, S.A. DE C.V.	77	38	Unidad de	2.5.5.4	La frecuencia respiratoria programada o de respaldo debe ser lo	Id DEM: 6197, Respuesta: No se acepta su solicitud, ya que

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			Anestesia de alta especialidad		bastante alta para asegurar que el paciente realice poco o ningún esfuerzo inspiratorio. El objetivo es que el paciente respire en sincronía con el ventilador, para lo cual, al menos al principio, puede utilizarse sedación e incluso relajación muscular hasta lograr su estabilización. Entendemos que la convocante desea brindar un soporte de vida adecuado a diferentes gamas de pacientes, por lo cual el equipo deberá cubrir un rango ventilatorio de 0 rpm a 150 rpm cuando mínimo evitando comprometer las funciones vitales del paciente. ¿se acepta?	lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5.5.4 Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.1 establecido en la presente convocatoria.
1758	6200	VIASIS, S.A. DE C.V.	80	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.5.4	Los flujos rápidos producen un acortamiento del tiempo inspiratorio, un aumento de la presión pico de la vía aérea y un empeoramiento de la distribución del gas inspirado. Por el contrario, los flujos lentos reducen la presión pico, mejoran la distribución de la ventilación e incrementan la presión media de la vía aérea a expensas de prolongar el tiempo inspiratorio, pero pueden inducir un deterioro de la función cardiovascular y atrapamiento aéreo, al reducirse el tiempo disponible para la espiración. Por ello debemos entender que la convocante requiere que el equipo cubra una frecuencia respiratoria de 0 a 150 rpm con una precisión de +/- 10%. ¿es correcto?	Id DEM: 6200, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5.5.4 Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.4 establecida en la presente convocatoria.
1759	6198	VIASIS, S.A. DE C.V.	78	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.5.5	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar peep en el rango de 1 a 20 cmH2O ¿se acepta?	Id DEM: 6198, Respuesta: Se acepta ofertar PEEP en el rango de 1 a 20 cmH2O, como opción para el punto 2.5.5.5 PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 4 a 20 cm H2O, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
1760	5447	GE SISTEMAS MEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	139	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.6	Con el fin de presentar de forma conjunta la información clínica del paciente, debemos entender que el despliegue numérico deberá presentarse en la misma pantalla del ventilador, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5447, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.6 Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales establecido en la cédula de descripción del artículo, en donde se establece que el despliegue de los parámetros puede ser en la pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales
1761	6186	VIASIS, S.A. DE C.V.	66	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.6	Debemos entender que la máquina de anestesia al integrar un sistema de soporte ventilatorio, deberá realizar la medición y despliegue de cuando menos capnografía, flujo, presión, gases anestésicos en parámetros gráficos y numéricos. ¿es esto correcto?	Id DEM: 6186, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.6 Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales., establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1762	5837	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	101	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.6.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la Celda de Oxígeno la cual debe ser cambiada cuando en la calibración aparece un valor de tensión leído diferente de 60mV (aprox. - 20%) y/o en el caso de mensaje de alarma de funcionamiento, como opción al punto 2.5.6.1 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 5837, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la Celda de Oxígeno la cual debe ser cambiada cuando en la calibración aparece un valor de tensión leído diferente de 60mV (aprox. - 20%) y/o en el caso de mensaje de alarma de funcionamiento, como opción al punto 2.5.6.1 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1763	5448	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	140	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.6.9	Debemos entender que se requiere despliegue de la concentración alveolar mínima en la misma pantalla del ventilador, concentrando la información de la mecánica respiratoria del paciente, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5448, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5.6 Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales y 2.5.6.9 MAC (concentración alveolar mínima) establecidos en la cédula de descripción del artículo, en donde se establece que el despliegue de la especificación del numeral 2.5.6.9 puede ser en la pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales
1764	6185	VIASIS, S.A. DE C.V.	65	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.6.9, 2.7.9.8.5	Debemos entender que la convocante requiere la visualización del valor MAC con el ingreso de la edad para el cálculo. MAC o CAM es la Concentración Alveolar Mínima por sus siglas en inglés. Minimal Alveolar Concentration, esto nos permite determinar el agente anestésico inhalatorio siendo el MAC la concentración alveolar de un agente anestésico inhalatorio, al que el 50% de todos los pacientes ya no reaccionan con un movimiento defensivo frente a una incisión cutánea. CAM es una medida directa de la efectividad de un agente anestésico. Entendemos que, para realizar el cálculo del Mac por paciente, el ventilador deberá programarse al inicio de la cirugía con el valor de la edad del paciente ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6185, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en los numerales 2.5.6.9 MAC (concentración alveolar mínima) y 2.7.9.8.5 Despliegue numérico de la concentración alveolar alveolar de un agente anestésico inhalatorio, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral establecido en la presente convocatoria.
1765	5449	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	141	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.7.3	Con el fin de proveer equipo de alta tecnología y brindar mayor información del estado clínico del paciente al médico, solicitamos a la convocante considerar requerir despliegue de lazos presión/volumen, flujo/volumen y presión/flujo, así como las alarmas de almacenamiento de referencia de al menos tres lazos de referencia, ¿Se acepta?	Id DEM: 5449, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.7.3 Despliegue de lazos: presión/ volumen y flujo/volumen con almacenamiento de referencia de al menos un lazo, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1766	5838	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	102	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.8.7	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la Celda de Oxígeno, alarma Alta y Baja concentración de oxígeno, como opción al punto 2.5.8.7 establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 5838, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la Celda de Oxígeno, alarma Alta y Baja concentración de oxígeno, como opción al punto 2.5.8.7 establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1767	5839	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	103	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.9	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la inhabilitación de alarmas activando la tecla que interrumpe la señal acústica de la alarma por un valor software preconfigurado, desde la última presión de la tecla. ¿Se acepta?	Id DEM: 5839, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5.9 inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardíaco, se acepta ofertar tecnología propia con la inhabilitación de alarmas activando la tecla que interrumpe la señal acústica de la alarma por un valor software preconfigurado, desde la última presión de la tecla, toda vez que cumpla con lo solicitado en el numeral 2.5.9 de la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1768	5840	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	104	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.6	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones de comprobación y seguridad solicitamos permitan ofertar tecnología propia además el sistema de compensación del espacio muerto de manera automática y la Compensación automática de la presión atmosférica sobre la presión medida: presente (max. 5000 mt). ¿Se acepta?	Id DEM: 5840, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.6 Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.
1769	5841	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	105	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con Monitor Multiparamétrico, e indicar los módulos que se incorporan de acuerdo a la cédula del monitor de signos vitales indicando el número de catálogo de cada módulo, ¿Se acepta?	Id DEM: 5841, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con Monitor Multiparamétrico, e indicar los módulos que se incorporan de acuerdo a la cédula del monitor de signos vitales indicando el número de catálogo de cada módulo, como opción para el punto 2.7.1, Monitor modular (indicar modelo y/o número de catálogo de cada módulo), toda vez que cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1770	5845	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	109	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.10.9	Se refiere la convocante a que el monitoreo de la profundidad hipnótica debe ser de acuerdo a tecnología de fabricante en la medición del índice bispectral o requiere el análisis de profundidad anestésica CSI, BS, EMG, SQI, Favor de aclarar	Id DEM: 5845, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere que se oferte un monitor de signos vitales que permita la medición y el despliegue en pantalla de la Profundidad hipnótica, en este caso medición del índice bispectral.
1771	5846	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	110	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.11	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la inhabilitación de alarmas activando la tecla que interrumpe la señal acústica de la alarma por un valor software preconfigurado, desde la última presión de la tecla. ¿Se acepta?	Id DEM: 5846, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.11 inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardíaco, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral establecido en la cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1772	6201	VIASIS, S.A. DE C.V.	81	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.8	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que se oferte batería interna recargable del monitor de signos vitales con respaldo de al menos 120 minutos, con indicador de nivel de carga en pantalla, siendo esta una característica superior a lo solicitado, ¿se acepta?	Id DEM: 6201, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable del monitor de signos vitales con respaldo de al menos 120 minutos, con indicador de nivel de carga en pantalla, como opción para el punto 2.7.8 Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 90 min., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1773	6205	VIASIS, S.A. DE C.V.	85	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.8	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que se oferte batería interna recargable del monitor de signos vitales con respaldo de al menos 120 minutos, con indicador de nivel de carga en pantalla, siendo esta una característica superior a lo solicitado, ¿se acepta?	Id DEM: 6205, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable del monitor de signos vitales con respaldo de al menos 120 minutos, con indicador de nivel de carga en pantalla, como opción para el punto 2.7.8 Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 90 min., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1774	6202	VIASIS, S.A. DE C.V.	82	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.1.3	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el despliegue de 3 curvas simultáneas de ECG de entre 12 derivaciones, siendo una característica superior a lo solicitado, ¿se acepta?	Id DEM: 6202, Respuesta: Se acepta ofertar el despliegue de 3 curvas simultáneas de ECG de entre 12 derivaciones, como opción para el punto 2.7.9.1.3 Despliegue simultáneo de al menos dos curvas a elegir de entre 7 derivaciones de ECG, como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1775	6206	VIASIS, S.A. DE C.V.	86	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.1.3	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el despliegue de 3 curvas simultáneas de ECG de entre 12 derivaciones, siendo una característica superior a lo solicitado, ¿se acepta?	Id DEM: 6206, Respuesta: Se acepta ofertar el despliegue de 3 curvas simultáneas de ECG de entre 12 derivaciones, como opción para el punto 2.7.9.1.3 Despliegue simultáneo de al menos dos curvas a elegir de entre 7 derivaciones de ECG, como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1776	6204	VIASIS, S.A. DE C.V.	84	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.1.4	Debido a la importancia en la monitorización cardiaca del paciente intervenido en cirugía, solicitamos a la convocante de la manera más atenta solicite se oferte el análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas con ajuste del punto J, siendo esto una característica superior a lo solicitado ¿se acepta?	Id DEM: 6204, Respuesta: Se acepta ofertar el análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas con ajuste del punto J, como opción para el punto 2.7.9.1.4 Análisis del segmento ST, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1777	6208	VIASIS, S.A. DE C.V.	88	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.1.4	Debido a la importancia en la monitorización cardiaca del paciente intervenido en cirugía, solicitamos a la convocante de la manera más atenta solicite se oferte el análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas con ajuste del punto J, siendo esto una característica superior a lo solicitado ¿se acepta?	Id DEM: 6208, Respuesta: Se acepta ofertar el análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas con ajuste del punto J, como opción para el punto 2.7.9.1.4 Análisis del segmento ST, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1778	6203	VIASIS, S.A. DE C.V.	83	38	Unidad de Anestesia de alta	2.7.9.1.5	Debido a la importancia en la monitorización cardiaca de los pacientes, solicitamos a la convocante que el monitor tenga la detección de al menos 12 arritmias, ¿se acepta?	Id DEM: 6203, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1779	6207	VIASIS, S.A. DE C.V.	87	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.1.5	Debido a la importancia en la monitorización cardíaca de los pacientes, solicitamos a la convocante que el monitor tenga la detección de al menos 12 arritmias, ¿se acepta?	Id DEM: 6207, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.1.5 Análisis de arritmias, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1780	5842	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	106	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.1.8	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones de protección y seguridad solicitamos permitan ofertar tecnología propia además de lo solicitado que el monitor cuente con protección de electrocirugía, ¿se acepta?	Id DEM: 5842, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia además de lo solicitado que el monitor cuente con protección de electrocirugía, como opción para el punto 2.7.9.1.8 Protección contra descarga de desfibrilador, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1781	6209	VIASIS, S.A. DE C.V.	89	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.5	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante se nos permita ofertar una función en PANI de medición manual y automático, ¿se acepta?	Id DEM: 6209, Respuesta: Se acepta ofertar función en PANI de medición manual y automático como opción para el punto 2.7.9.5 Presión arterial no invasiva, toda vez que se cumple la descripción solicitada en los numerales 2.7.9.5.1 Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), 2.7.9.5.2 Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado, y 2.7.9.5.3 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1782	5843	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	107	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.5.3	Se refiere la convocante a que los diferentes intervalos de tiempo son 5, 10, 15, 30 minutos y 1, 2 y 4 horas, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5843, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.5.3 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, favor de atender a la descripción solicitada establecida en la presente convocatoria.
1783	5844	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	108	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.7.2	Se refiere la convocante al Etiquetado del sitio de medición de los transductores deber ser los siguientes: ART Presión Arterial Sanguínea LVP Presión del Ventrículo Izquierdo PAP Presión Arterial Pulmonar RVP Presión Ventricular Derecha CVP Presión Venosa Central LAP Presión de Atrio Izquierdo RAP Presión de Atrio Derecho ¿Esto es correcto?	Id DEM: 5844, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.9.7.2 Etiquetado del sitio de medición de los transductores, del numeral 2.7.9.7 Presión arterial invasiva, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1784	5847	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	111	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.8	Se refiere la convocante y con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la inhabilitación de las alarmas activando la tecla que interrumpe la señal acústica de la alarma por un valor software preconfigurado, desde la última presión de la tecla, sin que esto deteriore el procedimiento con paciente en sala con el suministro de la mezcla gases soporte ventilatorio, monitoreo hemodinámico y comportamiento de los gases con sus respectivas alarmas ¿Se acepta?	empresa no es requerida para el Instituto. Se acepta ofertar el etiquetado del sitio de medición de acuerdo a la nomenclatura propia del fabricante, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5847, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo en el numeral 2.8 Funcionamiento de la unidad de anestesia con modo bypass cardiaco, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral establecido en la cédula de descripción del artículo.
1785	5848	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	112	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.9	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones nos permitan referenciar en catalogo y manual el protocolo TCP/IP de acuerdo a tecnología propia o solo presentar carta de fabricante de que monitor de acuerdo al hardware puede tener por medio de la configuración de software el protocolo HL7 con el Sistema de Información Hospitalaria, ¿Se acepta?	Id DEM: 5848, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 2.9 Capacidad a futuro de interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante, el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.
1786	5450	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	142	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	3.4	A fin de reducir el riesgo de contaminación cruzada, protegiendo con ello la salud del paciente, solicitamos a la convocante se nos permita entregar circuitos desechables tipo Bain para cubrir este punto, ¿Se acepta?	Id DEM: 5450, Respuesta: Se acepta ofertar circuitos desechables tipo Bain como opción para el punto 3.4 Un circuito de reinalación parcial, tipo Bain, semicerrado o equivalente, reusable y esterilizable (indicar marca, modelo y/o número de parte), siendo necesario entregar 10 piezas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1787	5451	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	143	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	4.9	Debido a que, en la mayoría de las unidades hospitalarias, cuentan con un sistema dedicado y especializado para el manejo de los gases provenientes de los dispositivos de soporte vital, como los son las máquinas de anestesia, solicitamos a la convocante de la manera más atenta, que dicho punto sea considerado opcional de acuerdo a tecnología de cada fabricante, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo, ¿Se acepta?	Id DEM: 5451, Respuesta: No se acepta la solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 4.9 Filtro para sistema de evacuación de gases, en caso de ofertar tecnología de evacuación pasivo (una pieza) (indicar marca, modelo y/o número de parte), en caso de ofertar tecnología de evacuación pasivo (una pieza) (indicar

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1788	5901	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	13	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.4.1.4	DEBEMOS DE ENTENDER QUE DE ACUERDO A LO SOLICITADO PERMITIRÁ EL CAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA SIN OCASIONAR FUGAS EN EL CIRCUITO SIN ADAPTADORES, CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?	marca, modelo y/o número de parte). Se acepta ofertar lo correspondiente de acuerdo a tecnología del fabricante, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo, como opción al numeral 4.7, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1789	5904	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	16	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5.4	MODOS DE VENTILACIÓN ADICIONAL A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO Y CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EQUIPO CON MAYORES PRESTACIONES EN VENTILACIÓN DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ INCLUIRSE CON CAPACIDAD A FUTURO, MODO DE VENTILACIÓN NEONATAL ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5901, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.4.1.4 Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas, favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria. Id DEM: 5904, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación, 2.5.4.1 Controlado por volumen, 2.5.4.2 Controlado por presión, 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada), 2.5.4.4 Presión Soporte, 2.5.4.5 Ventilación por presión con volumen garantizado, VCRP (Volumen Controlado Regulado por Presión) o autoflow, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el los numerales 2.5.4, 2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.4.3, 2.5.4.4. Se podrá ofertar Volumen garantizado o su equivalente como opción a futuro, adicionalmente a lo solicitado en el numeral 2.5.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1790	5905	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	17	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.3.1	ADICIONAL A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, DEBEMOS ENTENDER PARA FORTALECER DEBERÁN INCLUIR EL DESPLIEGUE DE ÍNDICE DE PERFUSIÓN O BIEN CON UNA BARRA INDICADORA ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5905, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.3.1 Curva de pletismografía, establecido en la presente convocatoria.
1791	5898	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	10	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.1.5	CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO SEGUN SUS NECESIDADES, EL EQUIPO PODRÁ CONTAR CON MESA DE TRABAJO DESLIZABLE Y FIJA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5898, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.1.5 Mesa de trabajo, establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar mesa de trabajo deslizable y fija, como opción para el punto 2.1.5, sin ser obligatorio para

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1792	5899	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	11	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.1.8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIA MANÓMETROS NEUMÁTICOS CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN ¿SE ACEPTA?	los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5899, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.8 Manómetros digitales, codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, N2O- azul, aire- amarillo), establecido en la cédula de descripción del artículo
1793	5900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	12	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.4.1	DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ SER CON CANISTER SENCILLOS, ¿CORRECTO LO ANTERIOR?	Id DEM: 5900, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.4.1 Un canister, favor de atender lo correspondiente a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria.
1794	5897	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	9	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.4.1.1	DE ACUERDO A LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CON CAPACIDAD DE 880 GR LO CUAL BENEFICIA LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y NO AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EL ESPACIO MUERTO. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?	Id DEM: 5897, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar con capacidad de 880 gr lo cual beneficia la capacidad de absorción y no aumenta significativamente el espacio muerto, como opción para el punto 2.4.1.1 Con capacidad mínima de 700 ml u 800 gr., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1795	5902	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	14	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.4.5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO QUE INCLUYA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO O APAGADO E INDICADOR DE FLUJO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Id DEM: 5902, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de evacuación de gases activo que incluya interruptor de encendido o apagado e indicador de flujo como opción para el punto 2.4.5 sistema de evacuación de gases activo o pasivo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1796	5903	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	15	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.5	EL VENTILADOR DEBERÁ CONTAR CON OPCIÓN A FUTURO, CON PUERTO DE INTERFASE DE COMUNICACIÓN SERIAL RS232, USB PARA LA POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DE DATOS CON SISTEMA ELECTRÓNICO QUE PUEDAN SER INTERFAZADOS A RED DEL HOSPITAL, (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO) DONDE SE PUEDAN ALMACENAR ESTADOS DE ALARMAS, MODOS VENTILATORIOS USADOS DURANTE LA CIRUGIA Y ESTADO DE LA MAQUINA. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?	Id DEM: 5903, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5 Ventilador microprocesado, interconstruido o integrado, de la misma marca que la máquina de anestesia. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5, establecido en la presente convocatoria.
1797	5906	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	18	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	2.7.9.1.4	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ DESPLEGAR EL VALOR NUMÉRICO DEL ÍNDICE ST EN LAS 12 DERIVACIONES ADEMÁS DE CONTAR CON UN GRÁFICO CIRCULAR MULTIEJE, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5906, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.1.4 Análisis del segmento ST. Favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1798	6178	VIASIS, S.A. DE C.V.	58	38	Unidad de Anestesia de alta especialidad	Sin Punto	El licitante podrá ofertar características superiores a las mencionadas en la ficha técnica sin ser esto motivo de descalificación ¿Es esto correcto?	atender a la descripción solicitada en dicho numeral. Id DEM: 6178, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.
1799	6221	VIASIS, S.A. DE C.V.	101	39	Unidad de anestesia intermedia.			Id DEM: 6221, Respuesta: El licitante no formula pregunta o precisión relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.
1800	6238	VIASIS, S.A. DE C.V.	118	39	Unidad de anestesia intermedia.	1.1	Entendemos que como solicitan, una máquina de anestesia deberá ventilar a todo tipo de pacientes, desde neonatales, pediátricos hasta pacientes adultos ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6238, Respuesta: No se da respuesta puntual, toda vez que esta haciendo referencia al numeral 1.1 Definición del Equipo, el cual de conformidad con lo solicitado en el Instructivo de llenado del Anexo 1.2 Descripción Amplia y detallada de los bienes ofertados, de la convocatoria ... "12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse." En este contexto favor de atender lo establecido en la presente convocatoria.
1801	5452	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	144	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.2	Las recomendaciones internacionales en anestesia indican que en la máquina de anestesia solo deben conectarse los equipos de monitoreo de anestesia. Ya que el monitor de signos vitales que pretendemos ofertar integra el monitor de análisis de gases, el monitor de relajación muscular y el monitor de profundidad hipnótica en un solo equipo, ocupando solo un conector y dejando libres dos conectores para otros dispositivos; solicitamos a la convocante se nos permita ofertar máquina de anestesia con tres contactos interconstruidos, ya que esto no demerita un aporte clínico ni el correcto funcionamiento del equipo ¿Se acepta?	Id DEM: 5452, Respuesta: Se acepta ofertar máquina de anestesia con tres contactos interconstruidos, como opción para el punto 2.1.2 Con al menos cuatro contactos eléctricos interconstruidos o integrados, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1802	6524	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	44	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.3	En esta cédula se solicita yugo para cilindro de O2 y N2O, sin considerar el cilindro de aire que resulta fundamental para realizar mezclas o inyectar flujos durante procedimientos anestésicos, por lo que se solicita a la convocante que aclare este punto, a fin de que se requiera este equipo con yugos para tres cilindros: O2, N2O y aire.	Id DEM: 6524, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3 establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1803	6212	VIASIS, S.A. DE C.V.	92	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.7	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar cuatro ruedas enclavables o con freno, lo que permite se cumpla con la función y no limita la participación de la proveeduría.	Id DEM: 6212, Respuesta: Se acepta ofertar cuatro ruedas enclavables o con freno como opción para el punto 2.1.7. Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno o sistema de freno central, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1804	5849	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	113	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.8	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, sin que ello demerite el uso y objeto de los manómetros con las lecturas correspondientes a las presiones de los gases, ¿Se acepta?	Id DEM: 5849, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, como opción para el punto 2.1.8, toda vez que se cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo establecida en el numeral 2.1.8 Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Código americano de colores (O2-verde, N2O- azul, aire- amarillo), específicamente el código de colores, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1805	5609	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	106	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.8, 2.3.1	Se solicita atentamente a la convocante ofertar un equipo con código europeo de colores para gases medicinales (aire- blanco/negro, N2O-azul, oxígeno-blanco)	Id DEM: 5609, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.1.8 Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Código americano de colores (O2-verde, N2O- azul, aire- amarillo); y 2.3.1 Fluómetros neumáticos o electrónicos con despliegue para O2, N2O y aire, codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2-verde, N2O- azul, aire- amarillo), favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.1.8 y 2.3.1 establecidos en la presente convocatoria.
1806	5850	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	114	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.8.1, 2.1.8.2	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia en caso de la nuestra se usen los mismos manómetros para toma mural y cilindros con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, sin que ello demerite el uso y objeto de los manómetros con las lecturas correspondientes a las presiones de los gases, toma mural o cilindros admas que nuestra Unidad de Anestesia Alta Especialidad esta equipada con turbina es una máquina de anestesia que puede utilizarse con pacientes adultos, niños y recién nacidos. El principio de funcionamiento que hemos llamado "HIBRIDO" es único debido a que coexisten dos sistemas al mismo tiempo, o sea el sistema tradicional alimentado por gases centralizados y lo alimentado por turbina (en este caso no es	Id DEM: 5850, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, como opción para el numeral 2.1.8.1 Tres para toma mural (O2, N2O, aire), y 2.1.8.2 2.1.8.2 Dos para cilindros (O2, N2O), toda vez que cumpla con lo referente a la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-EB-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1807	6525	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	45	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.8.2	necesaria la alimentación neumática por Aire debido al movimiento del fuelle al interior del grupo de válvulas). Lo que nos permite ofrecer nuestra tecnología en donde el microprocesador elige automáticamente el sistema a utilizar, priorizando la turbina que permite disminuir el consumo de gas (muy importante donde no este presente el aire comprimido). El usuario no debe efectuar ninguna maniobra porque el sistema es completamente automático. En la ventilación neonatal, el sistema funciona para garantizar la máxima precisión con flujos bajos. En este caso el consumo de gas es mínimo. ¿Se acepta?	Id DEM: 6525, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.8.2 establecido en la presente convocatoria.
1808	5610	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	107	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.9	Se solicita atentamente a la convocante ofertar respaldo de batería para 15 minutos más unidad externa sin interrupción de suministro de voltaje (UPS) con respaldo de 1 hora.	Id DEM: 5610, Respuesta: Se acepta ofertar respaldo de batería para 15 minutos más unidad externa sin interrupción de suministro de voltaje (UPS) con respaldo de 1 hora, como opción para el punto 2.1.9, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1809	6213	VIASIS, S.A. DE C.V.	93	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.9	Entendemos que debido a la complejidad de las intervenciones médico-quirúrgicas, la convocante requiere que la unidad de anestesia cuente con un respaldo de batería interconstruido de la misma marca que el equipo que brinde la seguridad al área usuaria en caso de una falla de alimentación eléctrica de cuando menos 100 minutos de respaldo. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6213, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.9 Bateria de respaldo interna con capacidad mínima de 60 min, establecido en la presente convocatoria.
1810	6526	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	46	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.9	Respecto a este numeral, se indica una batería de respaldo interna con una capacidad mínima de 60 minutos, lapso demasiado corto para concluir procedimientos quirúrgicos y sin margen de seguridad y maniobra, por lo que sugerimos a la convocante que para este equipo el requisito sea la batería de respaldo interna con capacidad mínima de 120 minutos.	Id DEM: 6526, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.1.9 Bateria de respaldo interna con capacidad mínima de 60 min. Se acepta ofertar batería de respaldo interna con capacidad mínima de 120 minutos, como opción para el punto 2.1.9, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1811	6233	VIASIS, S.A. DE C.V.	113	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.9, 2.7.8	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que se oferte batería interna recargable del monitor de signos vitales con respaldo de al menos 120 minutos, con indicador de nivel de carga en pantalla, siendo esta una característica superior a lo solicitado. ¿se acepta?	Id DEM: 6233, Respuesta: Se acepta ofertar batería interna recargable del monitor de signos vitales con respaldo de al menos 120 minutos, con indicador de nivel de carga en pantalla, como opción para el punto 2.7.8, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1812	6393	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	129	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.2.1	DADO QUE EL ISOFLURANO EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN DESUSO PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN SE ENTREGUE SÓLO UN VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6393, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Medicas.
1813	5453	GE SISTEMAS MEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	145	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.3.1	Para permitir una mejor entrega del gas fresco incluso en anestésicos de mínimos flujos, donde la programación de los gases debe ser precisa, solicitamos a la convocante considerar requerir flujómetros neumáticos con despliegue electrónico de los litros/ml programados ¿Se acepta?	Id DEM: 5453, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.1 Flujómetros neumáticos o electrónicos con despliegue para O2, N2O y aire, codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, N2O-azul, aire-amarillo), establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar flujómetros neumáticos con despliegue electrónico de los litros/ml programados, como opción al numeral 2.3.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1814	5851	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	115	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.3.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, como opción para el numeral 2.3.1 Flujómetros neumáticos o electrónicos con despliegue para O2, N2O y aire, codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, N2O-azul, aire- amarillo), toda vez que cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.3.1, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo y sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 5851, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la nomenclatura O2- Oxígeno, N2O-Oxido Nitroso y AIR-Aire, como opción para el numeral 2.3.1 Flujómetros neumáticos o electrónicos con despliegue para O2, N2O y aire, codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, N2O-azul, aire- amarillo), toda vez que cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.3.1, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo y sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1815	5852	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	116	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.3.3	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones de control y seguridad solicitamos permitan ofertar tecnología propia contra mezclas hipoxicas MIX-LIFE. Siempre garantiza la concentración mínima del 25 % de oxígeno en las mezclas N2O, en caso de falla o baja presión de oxígeno CUT-OFF. Alarma acústica con corte inmediato del suministro de oxígeno CUT-OFF. Alarma OFF. Alarma acústica con corte inmediato del suministro de N2O contra las sobrepresiones en salida. Válvula de seguridad calibrada en 0.8 bar de protección de los Flujómetros en vidrio. en caso de falla o baja presión de aire.	Id DEM: 5852, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia contra mezclas hipoxicas MIX-LIFE. Siempre garantiza la concentración mínima del 25 % de oxígeno en las mezclas N2O, en caso de falla o baja presión de oxígeno CUT-OFF. Alarma acústica con corte inmediato del suministro de oxígeno CUT-OFF. Alarma OFF. Alarma acústica con corte inmediato del suministro de N2O contra las sobrepresiones en salida. Válvula de seguridad calibrada en 0.8 bar de protección de los Flujómetros en vidrio. en caso de falla o baja presión de aire.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1816	6215	VIASIS, S.A. DE C.V.	95	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.1, 2.4.1.1, 2.4.1.4	baja presión de aire comprimido. Todos los sistemas (fuerza motriz) que se alimentan por aire comprimido son suministrados automáticamente con oxígeno. contra el suministro contemporáneo de AIRE Y N2O. Selección a través de botón en el panel frontal de la flujométrica. ¿Se acepta?	comprimido. Todos los sistemas (fuerza motriz) que se alimentan por aire comprimido son suministrados automáticamente con oxígeno. contra el suministro contemporáneo de AIRE Y N2O. Selección a través de botón en el panel frontal de la flujométrica, como opción para el punto 2.3.3 Guarda hipoxia mínima de 23%, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo y sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1817	6527	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	47	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.1.1	Entendemos que la convocante requiere de un equipo que cuente con un canister con capacidad de 1,750kg, con capacidad del equipo con sistema bypass que permita el cambio de cal sodada en cualquier momento del procedimiento sin generar fugas.	Id DEM: 6215, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en los numerales 2.4.1 Un canister., 2.4.1.1 Con capacidad mínima de 700 ml u 800 gr., 2.4.1.4 Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas. Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral establecido en la presente convocatoria.
1818	5454	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	146	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.1.4	Considerando principalmente que los recambios de cal sodada, de acuerdo a la literatura médica, generan fugas por la manipulación del personal técnico y que las tecnologías actuales previenen canister de mayores capacidades, se sugiere a la convocante que el volumen que se requiere sea de 3000 ml	Id DEM: 6527, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1819	5853	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	117	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.1.4	Con el fin de proveer un equipo intuitivo y que facilite su uso, así como promoviendo avance tecnológico, solicitamos a la convocante de la manera más atenta requerir sistema que permita el cambio de cal sodada sin que se interrumpa la ventilación el sellando el absorbedor de manera automática, asegurando así la correcta ventilación en caso de que el usuario llegase a olvidar seleccionar dicho bloqueo mediante interruptor ¿Se acepta?	Id DEM: 5454, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.1.4 Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.1.4 establecida en la presente convocatoria.
							Se refiere la convocante a que la Unidad de Anestesia de Alta Especialidad debe contar con un sistema que permita el cambio en caso de nuestra tecnología el absorbedor de CO2 del 1 Kg con desenganchamiento rápido que permite también el reemplazo durante la intervención (el canister es autoclavable y reusable). El sistema de recambio es de tipo selectivo reduciendo al mínimo el consumo de cal sodada y de los gases frescos. El sistema cuenta con válvulas que es calentado al fin de reducir la condensación y para calentar los gases frescos, ofreciendo las mejores condiciones de operatividad y ahorro. ¿Se acepta?	Id DEM: 5853, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.4.1.4 Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas, recambio es de tipo selectivo reduciendo al mínimo el consumo de cal sodada y de los gases frescos. El sistema cuenta con válvulas que es calentado al fin de reducir la condensación y para calentar los gases frescos, ofreciendo las mejores condiciones de operatividad y ahorro. ¿Se acepta?

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1820	6216	VIASIS, S.A. DE C.V.	96	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.7	Entendemos que la válvula APL o válvula de Sobrepresión Manual deberá ser ajustable, la presión respiratoria durante la forma de ventilación MAN/SPONT, es limitada por la válvula APL (Adjustable Pressure Limitation) que puede ajustarse manualmente entre las dos posiciones extremas SP (respiración espontánea abierta completamente) ¿Es esto correcto?	canister es autoclavable y reusable). El sistema de reciclado es de tipo selectivo reduciendo al mínimo el consumo de cal sodada y de los gases frescos. El sistema cuenta con válvulas que es calentado al fin de reducir la condensación y para calentar los gases frescos, ofreciendo las mejores condiciones de operatividad y ahorro, como opción al punto 2.4.1.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1821	6528	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	48	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.9	Por lo altamente especializado que resulta esta tecnología, en cuanto a manejo de gases, volúmenes y presiones, resulta necesario reducir el factor de error humano al gestionar la válvula de conmutación bolsa-ventilador, por lo que tecnología electromecánica automática controlada por el equipo evita errores humanos y minimiza el riesgo en el procedimiento anestésico, además de que esta tecnología hace una autocomprobación del correcto funcionamiento de dicha válvula al encendido del equipo, sugiriéndose que esta característica sea requerida como "válvula electromecánica de conmutación bolsa-ventilador con autocomprobación".	Id DEM: 6216, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.4.7 Válvula ajustable de presión (APL). Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral establecido en la presente convocatoria.
1822	6214	VIASIS, S.A. DE C.V.	94	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5	Entendemos que la convocante requiere una unidad de anestesia que les permita tener la seguridad y tranquilidad de brindar soporte de vida adecuado para pacientes en estado crítico que requieren de un soporte de la función respiratoria por método invasivo/no invasivo con tecnología basada en microprocesador de la misma marca que el equipo ofertado. ¿es correcto?	Id DEM: 6214, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5 Ventilador microprocesado, interconstruido o integrado, de la misma marca que la máquina de anestesia, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral establecido en la presente convocatoria.
1823	6217	VIASIS, S.A. DE C.V.	97	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5	Debemos entender que la convocante requiere de una unidad de anestesia que cumpla con los estándares del equipo ventilador de anestésicos certificado por el sistema ISO 8835-5 ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6217, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5 Ventilador microprocesado, interconstruido o

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1824	5455	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	147	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.2	Con el fin de proveer equipo de la más alta tecnología que permita al usuario visualizar una mayor información del estado clínico del paciente en forma clara y ordenada, solicitamos considerar requerir pantalla de al menos 12". ¿Se acepta?	integrado, de la misma marca que la máquina de anestesia. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5 establecido en la presente convocatoria Id DEM: 5455, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.3.2 Tamaño mínimo de 6.5", favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.2, establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar pantalla de al menos 12", como opción para el numeral 2.5.3.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera
1825	6220	VIASIS, S.A. DE C.V.	100	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.2	Ya que la convocante solicita una unidad de anestesia con despliegue de gráficos y datos numéricos debemos entender que el equipo a ofertar debe contar con pantalla de al menos 12 pulgadas o mayor, que despliegue curvas, bucles o lazos cerrados de manera simultánea para una mejor visualización de la mecánica pulmonar del paciente ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6220, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.3.2 Tamaño mínimo de 6.5", Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.2 establecido en la presente convocatoria.
1826	6222	VIASIS, S.A. DE C.V.	102	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.2	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta se nos permita ofertar un monitor configurado con pantalla de 12 pulgadas, sin demeritar las características y funcionamiento del equipo ¿se acepta?	Id DEM: 6222, Respuesta: Se acepta ofertar un monitor configurado con pantalla de 12 pulgadas, sin demeritar las características y funcionamiento del equipo, como opción para el punto 2.5.3.2 Tamaño mínimo de 6.5", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1827	6529	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	49	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.2	La utilidad de esta pantalla es para todo el personal quirúrgico, por lo que la visibilidad es determinante para apreciar adecuadamente las gráficas, lazos y datos numéricos desplegados en el equipo, sin importar la ubicación y distancia respecto del personal y la pantalla. Con la tecnología actual, los monitores y pantallas tienen un amplio tamaño además de ser delgadas, accesible para la convocante sin afectar la propuesta económica, por lo que para evitar tecnología obsoleta se sugiere que la pantalla se requiera con un mínimo de 10.4 pulgadas.	Id DEM: 6529, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.2 establecido en la presente convocatoria.
1828	6223	VIASIS, S.A. DE C.V.	103	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.2, 2.7.3	Dado que los equipos de ventilación pulmonar requieren una visualización amplia en la unidad de cuidados intensivos, por ello sugerimos a la convocante tener en cuenta el despliegue de al menos 4 curvas o gráficos simultáneos en el equipo con un rango de apreciación de la misma de más de 15" independientes de los parámetros de monitorización de signos vitales. Por ello creemos superior, por lo que la especificación y/o requisito planteado	Id DEM: 6223, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.3.2 Tamaño mínimo de 6.5", y 2.7.3 de apreciación de la misma de más de 15" independientes de los parámetros de monitorización de signos vitales. Por ello creemos superior, por lo que la especificación y/o requisito planteado

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1829	5456	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	148	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.5	que el tamaño mínimo de pantalla de la unidad de anestesia deberá de ser de 12". ¿es correcto? Con el fin de presentar una mayor información de la mecánica ventilatoria del paciente, solicitamos a la convocante de la manera más atenta, requerir despliegue de al menos tres curvas simultáneas en pantalla del ventilador, ¿Se acepta?	por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5.3.2 y 2.7.3, establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 5456, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.3.5 Despliegue mínimo de una curva de presión, establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar despliegue de al menos tres curvas simultáneas en pantalla del ventilador, como opción al numeral 2.5.3.5, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1830	6224	VIASIS, S.A. DE C.V.	104	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.5	La convocante requiere que la unidad de anestesia sea capaz de desplegar en pantalla al menos cuatro curvas (presión, flujo, volumen, gases respiratorios) y tendencias gráficas o numéricas, ¿es esto correcto?	Id DEM: 6224, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.3.5 Despliegue mínimo de una curva de presión. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.5, establecido en la presente convocatoria.
1831	5457	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	149	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4	Ya que el equipo requerido es para anestesia general, con el fin de permitir al usuario tener mejores herramientas para ofrecer un adecuado apoyo ventilatorio a cualquier tipo de paciente en cualquier tipo de cirugía, debemos entender que se requieren modos ventilatorios que permitan lo anterior como lo es el de ventilación controlado por presión con volumen garantizado PCV-GV, el cual permite ajustar la presión ante cambios de la distensibilidad para mantener el volumen corriente objetivo ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5457, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación, 2.5.4.1 Controlado por volumen, 2.5.4.2 Controlado por presión, 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada), 2.5.4.4 Presión Soporte, por lo que las especificaciones planteadas por la empresa no son requeridas para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada establecida en la presente convocatoria.
1832	6225	VIASIS, S.A. DE C.V.	105	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4	Entendemos que la convocante solicita una unidad de anestesia que deberá ventilar a todo tipo de pacientes en modos ventilatorios configurables como lo son volumen y presión cuando menos. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6225, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación, 2.5.4.1 Controlado por volumen, 2.5.4.2 Controlado por presión, 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada) 7 2.5.4.4 Presión Soporte, establecidos en la cédula de descripción del artículo.
1833	6226	VIASIS, S.A. DE C.V.	106	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4	Entendemos que el ventilador deberá de contar con los modos de ventilación controlada por presión y por volumen, así como los modos de ventilación asistida como lo es presión soporte y 2.5.4.1 Controlado por volumen,	Id DEM: 6226, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación, 2.5.4.1 Controlado por volumen,

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1834	6530	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	50	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4.1	volumen soporte ¿es esto correcto?	2.5.4.2 Controlado por presión, 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada) 7 2.5.4.4 Presión Soporte, establecidos en la cédula de descripción del artículo.
							De acuerdo a las siglas en inglés y a la referenciación del fabricante, este numeral, para cumplir con lo solicitado, se referenciará como el modo de ventilación "IPPV", puesto que dicho modo es el que permite realizar la ventilación controlada por volumen, como es requerido, y es el utilizado en la literatura del fabricante para referirse a la característica solicitada. ¿Es correcto?	Id DEM: 6530, Respuesta: Se acepta ofertar modo de ventilación "IPPV", para el numeral 2.5.4.1 Controlado por volumen, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1835	6531	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	51	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4.2	¿Es correcto?	Id DEM: 6531, Respuesta: Se acepta ofertar modo de ventilación "PCV" (Pressure Controlled Ventilation - Ventilación Controlada por Presión), para el numeral 2.5.4.2 Controlado por presión, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1836	5458	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	150	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4.4	Al ser una ventilación de soporte para pacientes que presentan respiraciones espontáneas, pero sin un completo automatismo, entendemos que se requiere de una ventilación de respaldo en dicho modo en caso de que el paciente caiga en apnea, brindando un correcto soporte ventilatorio, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5458, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación: y 2.5.4.4 Presión Soporte., por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada establecida en la presente convocatoria. Se acepta ofertar ventilación de respaldo en dicho modo en caso de que el paciente caiga en apnea, brindando un correcto soporte ventilatorio, como opción al numeral 2.5.4.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1837	6532	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	52	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4.4, 2.5.5.9		Id DEM: 6532, Respuesta: Se acepta ofertar modo de ventilación "PS" (Pressure Support - Presión Soporte), para los numerales 2.5.4.4 Presión Soporte y 2.5.5.9 Presión - Presión Soporte) puesto que esta abreviación es la utilizada por soporte, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1838	6227	VIASIS, S.A. DE	107	39	Unidad de	2.5.5.1	Entendemos que como solicitan, una unidad de anestesia y	Id DEM: 6227, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			anestesia intermedia.		durante el tratamiento de pacientes neonatales, pediátricos o adultos, requieren que garantice de una ventilación de Volumen Tidal o Volumen Corriente de 60ml a 1600ml en la configuración del ventilador del sistema de unidad de anestesia ¿es esto correcto?	requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.1 Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1400 ml, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1839	6228	VIASIS, S.A. DE C.V.	108	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.1	Entendemos que la convocante requiere de una unidad de anestesia durante el tratamiento de un paciente pediátrico y/o neonatal requieren que al menos garantice una ventilación de cuando menos 50 ml en la configuración del ventilador del sistema del equipo ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6228, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.1 Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1400 ml, establecido en la cédula de descripción del artículo.
1840	6533	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	53	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.1	Considerando que actualmente nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de obesidad a nivel mundial, y para permitir la atención a pacientes de cualquier condición en toda la república, así como evitar adquirir tecnología que resultaría inadecuada para este tipo de población, sugerimos a la convocante que el rango de volumen corriente sea de 20 a 1500 ml.	Id DEM: 6533, Respuesta: No se acepta solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.1 establecido en la presente convocatoria.
1841	6534	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	54	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.2	Considerando que actualmente nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de obesidad a nivel mundial, además de atender con seguridad a pacientes pediátricos con bajo peso con el mismo equipo, y para permitir la atención a pacientes de cualquier condición en toda la república, así como evitar adquirir tecnología que resultaría inadecuada, e incluso obsoleta, para este tipo de población, sugerimos a la convocante que la presión limite cubra un rango mínimo de 5 a 70 cmH2O.	Id DEM: 6534, Respuesta: No se acepta solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.2 establecido en la presente convocatoria.
1842	6535	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	55	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.3	Considerando que actualmente nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de obesidad a nivel mundial, además de atender con seguridad a pacientes pediátricos con bajo peso con el mismo equipo, y para permitir la atención a pacientes de cualquier condición en toda la república, así como evitar adquirir tecnología que resultaría inadecuada, e incluso obsoleta, para este tipo de población, sugerimos a la convocante que la presión inspiratoria cubra un rango mínimo de 5 a 70 cmH2O.	Id DEM: 6535, Respuesta: No se acepta solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.3 establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1843	5459	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	151	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.4	En el entendido de que el equipo solicitado es de nivel intermedio por lo cual representará su uso en procedimientos complejos con un amplio rango de pacientes, incluyendo neonatos y diversas patologías, solicitamos a la convocante considerar requerir rangos de frecuencia respiratoria de entre 4 a 100 rpm asegurando la correcta ventilación ante cualquier escenario ¿Se acepta?	Id DEM: 5459, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.5.4 Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.4 establecida en la presente convocatoria.
1844	6229	VIASIS, S.A. DE C.V.	109	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.4	Entendemos que la convocante y el área usuaria preocupada por un adecuado uso y programación de la frecuencia respiratoria en pacientes pediátricos y/o neonatales requiere de ciclos mayores a 100 respiraciones por minuto. Por lo tanto, sugerimos a la convocante considere solicitar que la unidad de anestesia tenga la capacidad a futuro que permita programar el equipo sea dentro de los parámetros de 14 a 100 rpm ¿Se acepta?	Id DEM: 6229, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5.5.4 Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto, favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la cédula de descripción del artículo.
1845	6230	VIASIS, S.A. DE C.V.	110	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.4	La frecuencia respiratoria programada o de respaldo debe ser lo bastante alta para asegurar que el paciente realice poco o ningún esfuerzo inspiratorio. El objetivo es que el paciente respire en sincronía con el ventilador, para lo cual, al menos al principio, puede utilizarse sedación e incluso relajación muscular hasta lograr su estabilización. Entendemos que la convocante desea brindar un soporte de vida adecuado a diferentes gamas de pacientes, por lo cual el equipo deberá cubrir un rango ventilatorio de 0 rpm a 150 rpm cuando mínimo evitando comprometer las funciones vitales del paciente. ¿se acepta?	Id DEM: 6230, Respuesta: No se acepta su solicitud, ya que lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5.5.4 Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.1 establecido en la presente convocatoria.
1846	6232	VIASIS, S.A. DE C.V.	112	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.4	Los flujos rápidos producen un acortamiento del tiempo inspiratorio, un aumento de la presión pico de la vía aérea y un empeoramiento de la distribución del gas inspirado. Por el contrario, los flujos lentos reducen la presión pico, mejoran la distribución de la ventilación e incrementan la presión media de la vía aérea a expensas de prolongar el tiempo inspiratorio, pero pueden inducir un deterioro de la función cardiovascular y el atrapamiento aéreo, al reducirse el tiempo disponible para la espiración. Por ello debemos entender que la convocante requiere que el equipo cubra una frecuencia respiratoria de 0 a 150 rpm con una precisión de +/- 10%. ¿es correcto?	Id DEM: 6232, Respuesta: No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5.5.4 Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.1 establecido en la presente convocatoria.
1847	6231	VIASIS, S.A. DE C.V.	111	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.5	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar peep en el	Id DEM: 6231, Respuesta: Se acepta ofertar PEEP en el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			anestesia intermedia.		de 1 a 20 cmH2O ¿se acepta?	rango de 1 a 20 cmH2O, como opción para el punto 2.5.5.5 PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 4 a 20 cm H2O., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1848	6536	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	56	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.5	La operación de este equipo está considerado que resuelva casos pediátricos, incluidos pacientes pediátricos de bajo peso, con el mismo equipo, y teniendo en cuenta que, de acuerdo a la relación talla-presión es necesario contar con rangos suficientemente adecuados para permitir la atención a este tipo de pacientes, así como evitar adquirir tecnología que resultaría inadecuada para este tipo de población, sugerimos a la convocante que el PEEP electrónico cubra un rango mínimo de 3 a 30 cmH2O	Id DEM: 6536, Respuesta: No se acepta solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.5 establecido en la presente convocatoria.
1849	6537	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	57	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.6	De acuerdo a la referenciación del fabricante, este numeral, para cumplir con lo solicitado, se referenciará con la expresión numérica I:E, y de manera inversa con una expresión numérica diferente al frente de la primera, debido a que la literatura del fabricante indica estas relaciones a través del rango de valores que cubre nuestra tecnología. ¿Es correcto?	Id DEM: 6537, Respuesta: Se acepta ofertar la expresión numérica I:E, y de manera inversa con una expresión numérica diferente al frente de la primera, para el numeral 2.5.5.6 Relación I:E y relación I:E inversa, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1850	6538	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	58	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.8	Este numeral se describe como "Sensibilidad por flujo o presión", por lo que de acuerdo a la referenciación del fabricante, este numeral, para cumplir con lo solicitado, se referenciará como sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. "disparador de flujo" ya que ambos enunciados hacen referencia a la misma tecnología y varía únicamente la terminología debido a la literatura de las diferentes casas comerciales. ¿Es correcto?	Id DEM: 6538, Respuesta: Se acepta ofertar "disparador de flujo", para el numeral 2.5.5.8 Sensibilidad por flujo o presión, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1851	5460	GE SISTEMAS MEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	152	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.6	Con el fin de presentar de forma conjunta la información clínica del paciente, debemos entender que el despliegue numérico deberá presentarse en la misma pantalla del ventilador, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5460, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.6 Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales, establecido en la presente convocatoria. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.6 establecido en la presente convocatoria.
1852	6219	VIASIS, S.A. DE C.V.	99	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.6	Debemos entender que la máquina de anestesia al integrar un sistema de soporte ventilatorio, deberá realizar la medición y despliegue de cuando menos capnografía, flujo, presión, gases anestésicos en parámetros gráficos y numéricos. ¿es esto correcto?	Id DEM: 6219, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.6 establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1853	5854	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	118	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.6.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la Celda de Oxígeno la cual debe ser cambiada cuando en la calibración aparece un valor de tensión leído diferente de 60mV (aprox. - 20%) y/o en el caso de mensaje de alarma visualizado. Cambiarse cada 6 meses o 1000 horas de funcionamiento, ¿Se acepta?	Id DEM: 5854, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la Celda de Oxígeno la cual debe ser cambiada cuando en la calibración aparece un valor de tensión leído diferente de 60mV (aprox. - 20%) y/o en el caso de mensaje de alarma visualizado. Cambiarse cada 6 meses o 1000 horas de funcionamiento, como opción al punto 2.5.6.1 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1854	5461	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	153	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.7	Para brindar una mayor información de la condición clínica del paciente disponible de manera simultánea en pantalla, debemos entender que se requiere despliegue simultáneo de al menos tres curvas solicitadas (presión, flujo, volumen y lazos) en la pantalla del ventilador, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5461, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.7 Despliegue de curvas en pantalla del ventilador o en el monitor de signos vitales. Se acepta ofertar despliegue simultáneo de al menos tres curvas solicitadas (presión, flujo, volumen y lazos) en la pantalla del ventilador, como opción al numeral 2.5.7, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1855	6539	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	59	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.7.2	Por la importancia y utilidad clínica, diagnóstica y terapéutica, resulta determinante que el anestesiólogo tenga la opción de elegir de qué trazo desea guardar referencia, resultando que las características requeridas omiten esta posibilidad, por lo que se sugiere que la característica mínima sea que permita el almacenamiento de referencia de lazos de presión/volumen y flujo/volumen.	Id DEM: 6539, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.7.2 establecido en la presente convocatoria.
1856	6540	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	60	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.8.10	De acuerdo a la referenciación del fabricante, este numeral, para cumplir con lo solicitado, se referenciará como "falta en sensor de inspiración" y "falta en sensor de espiración" para cubrir el numeral 2.5.8.10 Falta en sensor de flujo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6540, Respuesta: Se acepta ofertar "falta en sensor de inspiración" y "falta en sensor de espiración", para el numeral 2.5.8.10 Falta en sensor de flujo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1857	5855	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	119	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.8.7	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la Celda de Oxígeno, alarma Alta y Baja concentración de oxígeno, ¿Se acepta?	Id DEM: 5855, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con la Celda de Oxígeno, alarma Alta y Baja concentración de oxígeno, como opción al punto 2.5.8.7, establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1858	5856	LIBER SALUS,	120	39	Unidad de	2.6	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones de	Id DEM: 5856, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			anestesia intermedia.		comprobación y seguridad solicitamos permitan ofertar tecnología propia además el sistema de compensación del espacio muerto de la manera automática y la Compensación automática de la presión el numeral 2.6 Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia., por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	
1859	5857	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	121	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.1	Con fines de referencia y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con Monitor Multiparamétrico, e indicar los módulos que se incorporan de acuerdo a la cédula del monitor de signos vitales indicando el número de catálogo de cada módulo, como opción para el punto 2.7.1. Monitor modular (indicar modelo y/o número de catálogo de cada módulo), toda vez que cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 5857, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia con Monitor Multiparamétrico, e indicar los módulos que se incorporan de acuerdo a la cédula del monitor de signos vitales indicando el número de catálogo de cada módulo, como opción para el punto 2.7.1. Monitor modular (indicar modelo y/o número de catálogo de cada módulo), toda vez que cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1860	6234	VIASIS, S.A. DE C.V.	114	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.1.3	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el despliegue de 3 curvas simultáneas de ECG de entre 12 derivaciones, siendo una característica superior a lo solicitado, ¿se acepta?	Id DEM: 6234, Respuesta: Se acepta ofertar el despliegue de 3 curvas simultáneas de ECG de entre 12 derivaciones, como opción para el numeral 2.7.9.1.3 despliegue simultánea de al menos dos curvas a elegir de 7 derivaciones de ECG, como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1861	6236	VIASIS, S.A. DE C.V.	116	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.1.4	Debido a la importancia en la monitorización cardíaca del paciente intervenido en cirugía, solicitamos a la convocante de la manera más atenta solicite se oferte el análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas con ajuste del punto J, siendo esto una característica superior a lo solicitado ¿se acepta?	Id DEM: 6236, Respuesta: Se acepta ofertar el análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas con ajuste del punto J, adicionalmente a lo solicitando en el numeral 2.7.9.1.4 Análisis del segmento ST., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1862	6235	VIASIS, S.A. DE C.V.	115	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.1.5	Debido a la importancia en la monitorización cardíaca de los pacientes, solicitamos a la convocante que el monitor tenga la detección de al menos 12 arritmias, ¿se acepta?	Id DEM: 6235, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.1.5 Análisis de arritmias, por lo que el requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1863	5858	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	122	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.1.8	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones de protección y seguridad solicitamos permitan ofertar tecnología propia además de lo solicitado que el monitor cuente con protección de electrocirugía, ¿Se acepta?	Id DEM: 5858, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia además de lo solicitado que el monitor cuente con protección de electrocirugía, como opción para el punto 2.7.9.1.8 Protección contra descarga de desfibrilador, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1864	6237	VIASIS, S.A. DE C.V.	117	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.5	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante se nos permita ofertar una función en PANI de medición manual y automático, ¿se acepta?	Id DEM: 6237, Respuesta: Se acepta ofertar una función en PANI de medición manual y automático, toda vez que cumpla con lo descrito en el numeral 2.7.9.5.3 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1865	5859	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	123	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.5.3	Se refiere la convocante a que los diferentes intervalos de tiempo son 5, 10, 15, 30 minutos y 1, 2 y 4 horas, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5859, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.5.3 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, favor de atender a la descripción solicitada establecida en la presente convocatoria.
1866	5860	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	124	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.7.2	Se refiere la convocante al Etiquetado del sitio de medición de los transductores deber ser los siguientes: ART Presión Arterial Sanguínea LVP Presión del Ventrículo Izquierdo PAP Presión Arterial Pulmonar RVP Presión Ventricular Derecha CVP Presión Venosa Central LAP Presión de Atrio Izquierdo RAP Presión de Atrio Derecho ¿Esto es correcto?	Id DEM: 5860, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.9.7.2 Etiquetado del sitio de medición de los transductores, del numeral 2.7.9.7 Presión arterial invasiva, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Se acepta ofertar el etiquetado del sitio de medición de acuerdo a la nomenclatura propia del fabricante, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1867	6218	VIASIS, S.A. DE C.V.	98	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.8.5	Debemos entender que la convocante requiere la visualización del valor MAC con el ingreso de la edad para el cálculo. MAC o CAM es la Concentración Alveolar Mínima por sus siglas en inglés: Minimal Alveolar Concentration; esto nos permite determinar el agente anestésico inhalatorio siendo el MAC la concentración alveolar de un agente anestésico inhalatorio, al que el 50% de todos los pacientes ya no reaccionan con un movimiento defensivo frente a una incisión cutánea. CAM es una medida directa de la efectividad de un agente anestésico. Entendemos que, para realizar el cálculo del Mac por paciente, el ventilador deberá programarse al inicio de la cirugía con el valor de la edad del paciente ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6218, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.9.8.5 Despliegue numérico de la concentración alveolar mínima (MAC), por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral establecido en la presente convocatoria
1868	6394	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	130	39	Unidad de anestesia intermedia.	3.2	DEBIDO QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN EN DESUSO LOS CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLES, desechables, 10 circuitos desechables adultos, 10 circuitos SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER desechables pediátricos en sustitución de los circuitos	Id DEM: 6394, Respuesta: Se acepta ofertar circuitos desechables, 10 circuitos desechables adultos, 10 circuitos desechables pediátricos en sustitución de los circuitos

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1869	6395	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	131	39	Unidad de anestesia intermedia.	3.3	OFERTAR CIRCUITOS DESECHABLES, 10 CIRCUITOS DESECHABLES ADULTO, 10 CIRCUITOS DESECHABLES PEDIÁTRICOS EN SUSTITUCIÓN DE LOS CIRCUITOS REUSABLES. ¿SE ACEPTA? DEBIDO QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN EN DESUSO LOS CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES NEONATALES EN LUGAR DEL CIRCUITO REUSABLE. ¿SE ACEPTA?	reusables siempre que cumpla con las características de los tubos reusables del punto 3.2 Dos circuitos de pacientes reusables y esterilizables, con tubos corrugados de al menos 1.2 m de longitud, pieza en "Y" y codo (indicar marca, modelo y/o número de parte); sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6395, Respuesta: Se acepta ofertar circuitos desechables, 10 circuitos desechables adulto, 10 circuitos desechables pediátricos en sustitución de los circuitos reusables siempre que cumpla con las características de los tubos reusables del punto 3.3 Un circuito de paciente neonatal reusable y esterilizable (indicar marca, modelo y/o número de parte); sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1870	5462	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	154	39	Unidad de anestesia intermedia.	3.4	A fin de reducir el riesgo de contaminación cruzada, protegiendo con ello la salud del paciente, solicitamos a la convocante se nos permita entregar circuitos desechables tipo Bain ¿Se acepta?	Id DEM: 5462, Respuesta: Se acepta ofertar circuitos desechables tipo Bain como opción para el punto 3.4 Un circuito de reinalación parcial, tipo Bain, semicerrado o equivalente, reusable y esterilizable (indicar marca, modelo y/o número de parte), siendo necesario entregar 10 piezas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1871	6396	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	132	39	Unidad de anestesia intermedia.	4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR MASCARILLAS REUSABLES EN LUGAR DE LAS DESECHABLES, OFERTANDO 3 MASCARILLAS REUSABLES POR CADA TAMAÑO SOLICITADO, ES DECIR, 3 ADULTO, 3 PEDIÁTRICAS Y 3 NEONATALES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6396, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.4, 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 establecido en la presente convocatoria.
1872	5463	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	155	39	Unidad de anestesia intermedia.	4.7	Debido a que, en la mayoría de las unidades hospitalarias, cuentan con un sistema dedicado y especializado para el manejo de los gases provenientes de dispositivos de soporte vital, descrito en la presente cédula de descripción del artículo en como los son las máquinas de anestesia, solicitamos a la convocante de la manera más atenta, que dicho punto sea considerado opcional de acuerdo a tecnología de cada fabricante, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo, ¿Se acepta?	Id DEM: 5463, Respuesta: No se acepta la solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 4.7 Filtro para sistema de evacuación de gases, en caso de ofertar tecnología de evacuación pasivo (una pieza) (indicar marca, modelo y/o número de parte). Se acepta ofertar lo correspondiente de acuerdo a tecnología del fabricante, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo, como opción al numeral 4.7, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1873	6397	CASA PLARRE,	133	39	Unidad de	4.7	DADO QUE NUESTRO EQUIPO NO REQUIERE DE UN FILTRO	Id DEM: 6397, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S.A. DE C.V.			anestesia intermedia.		PARA LA EVACUACIÓN DE GASES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	atender a la descripción solicitada en el numeral 4.7 establecido en la presente convocatoria. Se acepta referenciar este punto como "No requiere de un filtro para la evacuación de gases", toda vez que pueda comprobar dicha función acorde a la tecnología ofertada, sin afectar el correcto funcionamiento del equipo y sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1874	6398	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	134	39	Unidad de anestesia intermedia.	8.3	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTA PARTIDA SOLO SE REQUIERE EL REGISTRO SANITARIO DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, MONITOR DE SIGNOS VITALES Y VAPORIZADORES ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6398, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a lo descrito en la presente convocatoria en el numeral 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales. Referencia o especificaciones, donde se hace mención "respecto los equipos médicos nacionales e internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, internacionales, referencia o especificaciones para cada uno de ellos. Para el caso de los consumibles descritos en las cédulas de descripción de artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el registro sanitario, expedido por la secretaría de salud, conforme a lo dispuesto en la lgs (ley general de salud) y el reglamento de insumos para la salud. Para aquellos equipos médicos nacionales e internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere registro sanitario, deberá presentar el "listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el diario oficial de la federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte."
1875	3597	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	9	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.2.	Pregunta: Con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento del equipo y dado que los equipos mínimos necesarios para conectar a la unidad de anestesia son el monitor de signos vitales y el dosificador electrónico, solicitamos a la convocante requiera lo	Id DEM: 3597, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1876	4907	BIOABAST, S.A. DE C.V.	1	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.2	equipos con al menos dos contactos eléctricos interconstruidos o integrados, asegurando la imposibilidad de conexión de equipos adicionales que pueden poner en riesgo la condición del paciente. ¿Se acepta?	empresa no es requerida para el Instituto. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.2. Con al menos cuatro contactos eléctricos interconstruidos o integrados, establecida en la presente convocatoria.
1877	4908	BIOABAST, S.A. DE C.V.	2	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.4.	PREGUNTA: Para garantizar la correcta funcionalidad de la Unidad de anestesia y también de los equipos conectados a estos contactos, entendemos que se deberán ofertar estos contactos eléctricos interconstruidos al equipo de anestesia (fabricado por la misma compañía que elabora la Unidad de anestesia), ¿es correcto?	Id DEM: 4907, Respuesta: No es correcta su apreciación, Unidad de anestesia y también de los equipos conectados a estos contactos, entendemos que se deberán ofertar estos contactos eléctricos interconstruidos al equipo de anestesia (fabricado por la misma compañía que elabora la Unidad de anestesia), ¿es correcto?
1878	4909	BIOABAST, S.A. DE C.V.	3	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.9	PREGUNTA: Entendemos que por seguridad del equipo la batería deberá estar interconstruida al equipo desde fábrica ¿Es correcto?	PREGUNTA: Un cajón puede resultar insuficiente para resguardar los accesorios utilizados para el anestesiólogo, solicitamos a la convocante se deban ofertar al menos 2 cajones ¿Se acepta?
1879	4919	BIOABAST, S.A. DE C.V.	13	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.2, 2.2.1	PREGUNTA: Aclarar si se deben de entregar dos vaporizadores de Sevoflurano o uno de Sevoflurano y otro de Isoflurano. Entendemos que se deberá ofertar vaporizador de la misma marca que la unidad de anestesia para garantizar su buen funcionamiento y que se cubra garantía del vaporizador por el mismo fabricante por al menos 10 años. ¿Es correcto?	Id DEM: 4908, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Se acepta ofertar al menos 2 cajones de acuerdo a cada fabricante, como opción para el numeral 2.1.4. Con al menos un cajón, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1880	4921	BIOABAST, S.A. DE C.V.	15	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.2, 2.2.1	PREGUNTA: Para beneficio del hospital entendemos que se deberán ofertar vaporizadores que muestren ser libres de mantenimiento correctivo y contar con garantía de al menos 10 años. ¿Es correcto?	Id DEM: 4909, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.9. Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 60 min, establecido en la presente convocatoria.
1881	4910	BIOABAST, S.A. DE C.V.	4	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.1.4	PREGUNTA: Para tener control sobre este sistema y no comprometer la seguridad del paciente, esta acción se deberá ejecutar accionando una válvula en el absorbedor de la Unidad de anestesia ¿Es correcto?	Id DEM: 4919, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas. Id DEM: 4921, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1882	4912	BIOABAST, S.A. DE C.V.	6	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.11	PREGUNTA: ¿El brazo deberá ser de altura ajustable y contar con movimientos de rotación para comodidad del usuario?	2.4.1.4 Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas, establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 4912, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.11 Brazo ajustable para bolsa de ventilación manual, establecido en la presente convocatoria.
1883	4911	BIOABAST, S.A. DE C.V.	5	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.9	PREGUNTA: Para tomar acciones rápidas y no comprometer la salud del paciente por realizar pasos extra, la válvula o sistema de conmutación bolsa-ventilador deberá funcionar en 1 solo paso sin necesitar confirmación del usuario ¿Es correcto?	Id DEM: 4911, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.9 establecido en la presente convocatoria.
1884	4922	BIOABAST, S.A. DE C.V.	16	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.1	PREGUNTA: Al tratarse de una máquina de anestesia intermedia, la cual solicita la medición de varios parámetros, despliegues de curvas y espirometría, entendemos que el área usuaria requiere de una pantalla polícromática (no bicolor), para la fácil identificación de todos los parámetros en pantalla del ventilador. ¿Es correcto?	Id DEM: 4922, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.1 Tipo LCD, LCD TFT o tecnología superior, establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar una pantalla polícromática (no bicolor), para la fácil identificación de todos los parámetros en pantalla del ventilador, como opción para el punto 2.5.3.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1885	4913	BIOABAST, S.A. DE C.V.	7	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.2	PREGUNTA: Entendemos que se requiere observar datos numéricos y gráficos en la pantalla del ventilador de Anestesia, además de lazos y alarmas. Por tal, solicitamos a la convocante se deba ofertar pantalla de al menos 8" la cual permite una mejor visualización de todos los parámetros solicitados. ¿Se acepta?	Id DEM: 4913, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.2 tamaño mínimo de 6.5", establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar pantalla de al menos 8", como opción para el numeral 2.5.3.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1886	4914	BIOABAST, S.A. DE C.V.	8	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.3.5	PREGUNTA: Para contar con mayor información del estado del paciente y tomar mejores decisiones de estrategia ventilatoria, entendemos que se requiere del despliegue de una curva de presión y también la posibilidad de observar una curva de flujo ¿Es correcto?	Id DEM: 4914, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.3.5 Despliegue mínimo de una curva de presión.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1887	4915	BIOABAST, S.A. DE C.V.	9	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4.3	PREGUNTA: ¿ya que se está solicitando modo de control de volumen y modo de control de presión, se entiende que el modo SIMV debe ser por control de volumen y control de presión ¿Es correcto?	establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 4915, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada), establecido en la presente convocatoria.
1888	4916	BIOABAST, S.A. DE C.V.	10	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.5.4	PREGUNTA: Con fin de dar atención de calidad a un mayor rango de pacientes, consideramos importante ampliar el rango de ajuste de frecuencia respiratoria al menos de 2 a 99, ¿Se acepta?	Id DEM: 4916, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.5.4 establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar rango de ajuste de frecuencia respiratoria de 2 a 99, como opción para el numeral 2.5.5.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1889	4917	BIOABAST, S.A. DE C.V.	11	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.6.8	PREGUNTA: Entendemos que se requiere que la unidad de anestesia muestre compliance pulmonar del paciente, así como del sistema ¿Es correcto?	Id DEM: 4917, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.6.8 Compliance pulmonar del paciente y/o resistencia de la vía aérea, establecido en la presente convocatoria.
1890	4918	BIOABAST, S.A. DE C.V.	12	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.7.2	PREGUNTA: Para realizar un mejor análisis de los parámetros del paciente con mayor retrospectiva pedimos a la convocante se deba ofertar ventilador con capacidad de almacenamiento de al menos 6 lazoes. ¿Se acepta?	Id DEM: 4918, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.7.2, Despliegue de lazoes: presión/volumen y flujo/volumen con almacenamiento de referencia de al menos una lazoe, establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar ventilador con capacidad de almacenamiento de al menos 6 lazoes, como opción para el numeral 2.5.7.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1891	4923	BIOABAST, S.A. DE C.V.	17	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7	PREGUNTA: Con la finalidad de brindar un beneficio en costos y servicio al hospital se pide a la convocante solicite que el Monitor de Signos vitales deba ser de la misma marca que la unidad de anestesia. Esto, para garantizar una compatibilidad efectiva, a la vez que el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo se podrá hacer por parte de la misma empresa, así como un mejor tiempo de respuesta ante la necesidad de consumible monitor/anestesia. ¿Se acepta?	Id DEM: 4923, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7, Monitor de Signos vitales (indicar marca y modelo), establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar, que el Monitor de Signos vitales deba ser de la misma marca que la unidad de anestesia, como opción para el punto 2.7, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1892	4924	BIOABAST, S.A. DE C.V.	18	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.14	PREGUNTA: Entendemos que el usuario requiere de un equipo que sea capaz de realizar las mediciones de la relajación muscular en el paciente con los modos de estimulación ¿Es correcto?	Id DEM: 4924, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.7. Monitor de Signos vitales (indicar marca y modelo), 2.7.1 Monitor modular (indicar modelo y/o número de catálogo de cada módulo), 2.7.14 Monitorización de la relajación muscular, establecido en la presente convocatoria.
1893	4920	BIOABAST, S.A. DE C.V.	14	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.2	PREGUNTA: Los monitores que ocupan perilla selectora o tienen botones de membrana tienden a tener una acumulación mayor de agentes contaminantes e infecciosos. Por tal, solicitamos a la convocante se deba ofertar pantalla del monitor de signos vitales accesible solo por pantalla sensible al tacto, la cual facilita el uso del mismo y facilita la limpieza del equipo. ¿Se acepta?	Id DEM: 4920, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.2 Acceso a funciones y menús a través de: pantalla sensible al tacto, teclado de membrana o perilla selectora. Se acepta ofertar pantalla del monitor de signos vitales accesible solo por pantalla sensible al tacto, como opción para el numeral 2.7.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1894	3598	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.2.1	Pregunta: Dado que el uso del isoflurano es un producto que está en vías de ser descontinuado, puede implicar para el instituto un mayor gasto a futuro. Solicitamos a la convocante permita ofertar el suministro opcional del vaporizador de isoflurano, ofertando como mínimo un vaporizador de sevoflurano. ¿Se acepta?	Id DEM: 3598, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
1895	5909	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	21	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.9	DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ CONTAR CON MAYOR TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA , CON AL MENOS 90 MINUTOS ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?	Id DEM: 5909, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.1.9 Bateria de respaldo interna con capacidad mínima de 60 min, favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria.
1896	5911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	23	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.14	DEBEMOS DE ENTENDER QUE DE ACUERDO A LO SOLICITADO PERMITIRÁ EL CAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA SIN OCASIONAR FUGAS EN EL CIRCUITO SIN ADAPTADORES, CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR ?	Id DEM: 5911, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.4.14 Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas, favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria.
1897	5914	MANTENIMIENTO	26	39	Unidad de	2.5.4	MODOS DE VENTILACIÓN... CON LA FINALIDAD DE CONTAR	Id DEM: 5914, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.			anestesia intermedia.		CON EQUIPO CON MAYORES PRESTACIONES EN VENTILACIÓN DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ INCLUIRSE VOLUMEN GARANTIZADO O SU EQUIVALENTE COMO OPCIÓN A FUTURO ¿SE ACEPTA?	requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación; 2.5.4.1 Controlado por volumen, 2.5.4.2 Controlado por presión, 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada), 2.5.4.4 Presión Soporte, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el los numerales 2.5.4, 2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.4.3, 2.5.4.4. Se podrá ofertar Volumen garantizado o su equivalente como opción a futuro, adicionalmente a lo solicitado en el numeral 2.5.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1898	5915	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	27	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5.4	MODOS DE VENTILACIÓN ADICIONAL A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO Y CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EQUIPO CON MAYORES PRESTACIONES EN VENTILACIÓN DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ INCLUIRSE CON CAPACIDAD A FUTURO, MODO DE VENTILACIÓN NEONATAL ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5915, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en los numerales 2.5.4 Modos de ventilación; 2.5.4.1 Controlado por volumen, 2.5.4.2 Controlado por presión, 2.5.4.3 SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada), 2.5.4.4 Presión Soporte, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el los numerales 2.5.4, 2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.4.3, 2.5.4.4. Se podrá ofertar capacidad a futuro, adicionalmente a lo solicitado para el numeral 2.5.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1899	5917	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	29	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.3.1	ADICIONAL A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, DEBEMOS ENTENDER PARA FORTALECER DEBERÁN INCLUIR EL DESPLIEGUE DE ÍNDICE DE PERFUSIÓN O BIEN CON UNA BARRA INDICADORA ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5917, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.3.1 Curva de pletismografía, establecido en la presente convocatoria.
1900	5908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	20	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.1.5	CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO SEGUN SUS NECESIDADES, EL EQUIPO PODRÁ CONTAR CON MESA DE TRABAJO DESLIZABLE Y FIJA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5908, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.1.5 Mesa de trabajo, establecido en la presente convocatoria. Se acepta ofertar mesa de trabajo deslizable y fija, como opción para el punto 2.1.5, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1901	5910	MANTENIMIENTO	22	39	Unidad de	2.4.1	DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ SER CON CANISTER	Id DEM: 5910, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.			anestesia intermedia.		SENCILLO ES ¿CORRECTO LO ANTERIOR?	requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.4.1 Un cánister, favor de atender lo correspondiente a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria.
1902	5907	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	19	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.1.1	DE ACUERDO A LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CON CAPACIDAD DE 880 GR LO CUAL BENEFICIA LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y NO AUMENTA CONSIDERABLEMENTE EL ESPACIO MUERTO. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?	Id DEM: 5907, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar con capacidad de 880 gr lo cual beneficia la capacidad de absorción y no aumenta significativamente el espacio muerto, como opción para el punto 2.4.1.1 Con capacidad mínima de 700 ml u 800 gr., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1903	5912	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	24	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.4.5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO QUE INCLUYA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO O APAGADO E INDICADOR DE FLUJO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Id DEM: 5912, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de evacuación de gases activo que incluya interruptor de encendido o apagado e indicador de flujo como opción para el punto 2.4.5 sistema de evacuación de gases activo o pasivo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1904	5913	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	25	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.5	EL VENTILADOR DEBERÁ CONTAR CON OPCIÓN A FUTURO, CON PUERTO DE INTERFASE DE COMUNICACIÓN SERIAL RS232, USB PARA LA POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DE DATOS CON SISTEMA ELECTRÓNICO QUE PUEDAN SER INTERFAZADOS A RED DEL HOSPITAL, (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO) DONDE SE PUEDAN ALMACENAR ESTADOS DE ALARMAS, MODOS VENTILATORIOS USADOS DURANTE LA CIRUGÍA Y ESTADO DE LA MÁQUINA. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?	Id DEM: 5913, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.5 Ventilador microprocesado, interconstruido o integrado, de la misma marca que la máquina de anestesia. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5 establecido en la presente convocatoria.
1905	5916	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	28	39	Unidad de anestesia intermedia.	2.7.9.1.4	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ DESPLEGAR EL VALOR NUMÉRICO DEL ÍNDICE ST EN LAS 12 DERIVACIONES ADEMÁS DE CONTAR CON UN GRÁFICO CIRCULAR MULTITEJE. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 5916, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.1.4 Análisis del segmento ST. Favor de atender a la descripción solicitada en dicho numeral.
1906	6211	VIASIS, S.A. DE C.V.	91	39	Unidad de anestesia intermedia.	Sin Punto	El licitante podrá ofertar características superiores a las mencionadas en la ficha técnica sin ser esto motivo de descalificación ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6211, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria de la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1907	5184	COMERLAT, S.A. DE C.V.	77	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.1	DICE: Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesador o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar. PREGUNTA: Debido a que en los procedimientos quirúrgicos no es común la utilización de dos salidas monopolares de manera simultánea, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesador o microcontrolador con una salida monopolar y una salida bipolar. Debido a que con esto se puede realizar una configuración que permita mejorar las condiciones económicas para el Instituto. ¿Se acepta?	partida en la que participa el licitante. Id DEM: 5184, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador o microcontrolador con 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar, establecido en la presente convocatoria.
1908	3547	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	6	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.2.3	LA CAPACIDAD MINIMA PARA CORTE Y COAGULACIÓN QUE REQUIERE UN EQUIPO ESTÁNDAR DE QUIROFANO PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GENERAL ES DE 60W, POR LO QUE POTENCIAS SUPERIORES A ESTA ES SUFICIENTE PARA COAGULACIÓN MONOPOLAR EN QUIROFANO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR COMO SE OPCIÓN PARA EL PUNTO 2.2.3. DE LA PARTIDA No. 40, LO SIGUIENTE: 2.2.3. CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MINIMA DE 100 WATTS. CON EL PROPOSITO DE OBTENER UN MEJOR COSTO BENEFICIO EN LA ADQUISICION DE LA SIGUIENTE PARTIDA. LO ANTERIOR SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LO SOLICITADO EN PUNTO 2.2.3. DE LA PARTIDA No. 40?	Id DEM: 3547, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, establecido en la presente convocatoria.
1909	3988	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.	1	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.7	PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL SOLICITAN EN EL PUNTO 2.7 PANTALLA LCD O TFT. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGIA CONTAMOS CON UNA PANTALLA DIGITAL CON DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LAS POTENCIAS EMITIDAS POR LO QUE CON LA ADICIONALMENTE EN EL CONTENIDO DEL Acuerdo de la PRIMERA INTENSIÓN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XVI SEGUNDO PÁRRAFO PAGINA 18 Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ÚLTIMA REFORMA DOF Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del 10-11-2014 DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto	Id DEM: 3988, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7 Pantalla LCD o Display TFT, para mostrar parámetros o valores de los programas, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							CONVOCANTE PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA?	párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados".
1910	4002	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	1	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DIGITAL PARA MOSTRAR PARAMETROS Y VALORES DE PROGRAMAS YA QUE LAS PANTALLAS LCD Y DISPLAY TFT ENCARECEN MAS EL EQUIPO	Id DEM: 4002, Respuesta: No se acepta, favor de atender a lo solicitado en el numeral 2.7 Pantalla LCD o Display TFT, para mostrar parámetros o valores de los programas,, establecido en la presente convocatoria.
1911	6399	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	135	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.7	LOS EQUIPOS CON PANTALLA TÁCTIL (TOUCHSCREEN) SON MAS SEGUROS E INTUITIVOS AL CONTAR CON ICONOS E INDICADORES QUE SE ACCIONAN PARA CADA EFECTO TERAPÉUTICO. ASI, LOS ICONOS E INDICADORES SE ORGANIZAN DE MANERA JERÁQUICA Y LÓGICA, POR LO QUE SE CUMPLE CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA FDA EN EL APARTADO 5.3 DEL DOCUMENTO "APLICANDO LOS FACTORES HUMANOS E INGENIERIA DE USABILIDAD EN LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS". https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/UCM259760.pdf POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE SUS DERECHOS HABIENTES LOS EQUIPOS DE ELECTROCIRUGIA DEBERAN DE TENER PANTALLAS LCD O TFT CON TECNOLOGIA TÁCTIL, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6399, Respuesta: Se acepta su solicitud. Se acepta ofertar PANTALLAS LCD O TFT CON TECNOLOGIA TÁCTIL, como opción para el punto Pantalla LCD o Display TFT, para mostrar parámetros o valores de los programas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1912	6400	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	136	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.1	LAS ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE, Y DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ELECTROSTÁTICO, OFRECEN ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN QUE LOS MATERIALES DE LA SEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES ESTRUCTURA DEL CARRO PARA TRANSPORTE QUE SE NOSOCOMIALES DENTRO DEL QUIRÓFANO. ESTOS ACEPTEN, SEAN DE ACERO INOXIDABLE, Y/O DE MATERIALES SON ROBUSTOS Y SOPORTAN LOS PROCESOS ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ELECTROSTÁTICO, DE DESCONTAMINACIÓN Y DESINFECCIÓN. POR LO COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 3.1 Carro para soporte y ANTERIOR SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA DEL CARRO PARA TRANSPORTE QUE SE ACEPTEN, SEAN EXCLUSIVAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, Y/O DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ELECTROSTÁTICO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6400, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar como opción QUE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA DEL CARRO PARA TRANSPORTE QUE SE NOSOCOMIALES DENTRO DEL QUIRÓFANO. ESTOS ACEPTEN, SEAN DE ACERO INOXIDABLE, Y/O DE MATERIALES SON ROBUSTOS Y SOPORTAN LOS PROCESOS ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ELECTROSTÁTICO, DE DESCONTAMINACIÓN Y DESINFECCIÓN. POR LO COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 3.1 Carro para soporte y ANTERIOR SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA DEL CARRO PARA TRANSPORTE QUE SE ACEPTEN, SEAN EXCLUSIVAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, Y/O DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ELECTROSTÁTICO. ¿SE ACEPTA?

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1913	5260	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.3.1	Se solicita a la convocante para no limitar la libre participación nos permita ofertar electrodo tipo cuchilla reusable con un largo de 7 cm o mayor. ¿Se acepta?	Id DEM: 5260, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.3.1 Un electrodo tipo cuchilla reusable largo mínimo 10 cm. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), establecido en la presente convocatoria.
1914	5261	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.3.1	En este punto electrodo tipo cuchilla reusable largo mínimo 10 cm, para no limitar la libre participación solicitamos amablemente nos acepte ofertar caja con 50 electrodos desechables tipo cuchilla con largo mínimo de 10 cm o mayor ¿Se acepta?	Id DEM: 5261, Respuesta: Se acepta ofertar caja con 50 electrodos desechables tipo cuchilla con largo mínimo de 10 cm o mayor como opción para el punto 3.3.1 Un electrodo tipo cuchilla reusable largo mínimo 10 cm. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1915	4163	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.3.1	Se solicita a la convocante poder cotizar electrodo tipo cuchilla reusable con un largo de 7 cm o mayor.	Id DEM: 4163, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.3.1 Un electrodo tipo cuchilla reusable largo mínimo 10 cm. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), establecido en la presente convocatoria.
1916	4164	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.3.1	La convocante solicita electrodo tipo cuchilla reusable largo mínimo 10 cm, se solicita poder ofertar caja con 50 electrodos desechables tipo cuchilla con largo mínimo de 10 cm o mayor	Id DEM: 4164, Respuesta: Se acepta ofertar caja con 50 electrodos desechables tipo cuchilla con largo mínimo de 10 cm o mayor como opción para el punto 3.3.1 Un electrodo tipo cuchilla reusable largo mínimo 10 cm. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1917	5262	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.4	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar cables de conexión bipolares desechables, de 3 m como mínimo, en una presentación de caja con 50 piezas, que son compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la unidad de electrocirugía. ¿Se acepta nuestra petición?	Id DEM: 5262, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Al menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusables de 19 cm, con tolerancia de (- 2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m como mínimo, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), establecido en la presente convocatoria.
1918	4304	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.4	Se solicita a la convocante poder cotizar dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusables de 19 cm, con tolerancia de (- 2 cm) de longitud, cada una con una caja de 50 cables de conexión dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusables de 19 cm, con tolerancia de (- 2 cm) de longitud, cada una con un cable de bipolares desechables, de 3 m como mínimo, que son compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la unidad de conexión reusable, de 3 m como mínimo, que sean	Id DEM: 4304, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Al menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusables de 19 cm, con tolerancia de (- 2 cm) de longitud, cada una con un cable de bipolares desechables, de 3 m como mínimo, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la unidad de conexión reusable, de 3 m como mínimo, que sean

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1919	6401	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	137	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.4, 3.4.1, 3.7, 3.7.1, 3.7.2	electrocirugía. DIVERSOS ESTUDIOS ARBITRADOS COMO EL PUBLICADO EN LA REVISTA DE CIRUGIA ENDOSCÓPICA EN 2010. VOLUMEN 24, TOMO 2, PÁGINAS 462-465, HAN ENCONTRADO QUE LA INCIDENCIA DE FALLAS EN EL AISLAMIENTO DE LOS ACCESORIOS REUSABLES EN ES CONSISTENTEMENTE MAYOR EN COMPARACIÓN CON LOS ACCESORIOS DESECHABLES, SIN IMPORTAR EL NIVEL DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE INSPECCIÓN EN LOS HOSPITALES. SURGICAL ENDOSCOPY, FEBRUARY 2010 VOLUME 24, ISSUE 2, PP 462-465 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00464-009-0601-5 ADEMÁS UN ARTÍCULO PUBLICADO EN 2012 POR LA REVISTA DE LA SOCIEDAD DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA, ART. 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, APUNTA QUE EL LA INCIDENCIA DE FALLAS EN LOS AISLANTES DE LOS ACCESORIOS REUSABLES DE ELECTROCIRUGIA IMPLICAN RIESGOS DE LESIONES TÉRMICAS EN ZONAS CIEGAS QUE INCLUSO "EL CIRUJANO CON MAYOR ATENCIÓN NO ES CAPAZ DE EVITAR". JSLs. 2012 JAN-MAR; 16(1): 130-139. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3407433/ POR LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS ANTERIORMENTE, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE SE OFERTEN ACCESORIOS DESECHABLES EN UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A 10 VECES LA QUE SOLICITA PARA LOS ACCESORIOS REUSABLES DE LOS NUMERALES REFERIDOS DE LA CEDULA. LOS ACCESORIOS DESECHABLES A OFERTAR TENDRÁN LA MISMA FUNCIONALIDAD QUE LAS VERSIONES REUTILIZABLES. ¿SE ACEPTA?	compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 6401, Respuesta: En referencia a numeral 3.4, no se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Al menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusables de 19 cm, con tolerancia de (- 2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reutilizable, de 3 m como mínimo, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), establecido en la presente convocatoria. Respecto a los numerales 3.4.1, 3.7, 3.7.1 y 3.7.2, su pregunta no se atiende en virtud de que no versa sobre el contenido de la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, párrafo sexto: "...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.
1920	3548	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	7	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.4	EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1. DE LAS BASES (PUDIENDO OFERTAR CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS), HACIENDO MENCIÓN DE ESTO, ENTENDEMOS QUE PARA EL PUNTO 3.4. DE LA PARTIDA NO. 40, SE PODRÁ OFERTAR DE CONEXIÓN REUSABLE, DE 3 m como mínimo, que sean	Id DEM: 3548, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Al menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusables de 19 cm, con tolerancia de (- 2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reutilizable, de 3 m como mínimo, que sean

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1921	5263	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	19	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.5	LA SIGUIENTE MANERA: 3.4. AL MENOS DOS PINZAS BIPOLAR TIPO BAYONETA REUSABLE DE 19 CM, CON TOLERANCIA DE (+/- 2 CM). SE PERMITIRÁ OFERTAR TOLERANCIAS SUPERIORES. LO ANTERIOR SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA A LO SOLICITADO COMO OPCIONAL PARA EL PUNTO 3.4, DE LA PARTIDA No. 40?	compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o catálogos), establecido en la presente convocatoria.
1922	4305	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	20	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.5	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar dos pinzas bipolar rectas de 19 cm, con tolerancia de (-2 cm) de longitud, cada una con una caja de 50 cables de conexión bipolares desechables, de 3 m como mínimo, que son compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la unidad de electrocirugía, ¿Se acepta nuestra solicitud?	Id DEM: 5263, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.5 Al menos dos pinzas bipolar rectas de 19 cm, con tolerancia de (-2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m de longitud como mínimo reusable, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o catálogos), establecido en la presente convocatoria.
1923	3549	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	8	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.5	EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1. DE LAS BASES (PUDIENDO OFERTAR CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS) HACIENDO MENCIÓN DE ESTO, ENTENDEMOS QUE PARA EL PUNTO 3.4, DE LA PARTIDA No. 40, SE PODRÁ OFERTAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.4. AL MENOS DOS PINZAS RECTAS REUSABLE DE 19 CM, CON TOLERANCIA DE (+/- 2 CM). SE PERMITIRÁ OFERTAR TOLERANCIAS SUPERIORES. LO ANTERIOR SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA A LO SOLICITADO COMO OPCIONAL PARA EL PUNTO 3.5. DE LA PARTIDA No. 40?	Id DEM: 4305, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.5 Al menos dos pinzas bipolar rectas de 19 cm, con tolerancia de (-2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m de longitud como mínimo reusable, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o catálogos), establecido en la presente convocatoria.
1924	4306	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	21	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.6, 3.6.1	Se solicita a la convocante poder cotizar para el tamaño adulto una caja con 50 piezas de placas de retorno de paciente desechable con cable de conexión desechable con sistema REM retorno de paciente, reusable con cable de conexión	Id DEM: 3549, Respuesta: Se es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.5 Al menos dos pinzas bipolar rectas de 19 cm, con tolerancia de (-2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m de longitud como mínimo reusable, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o catálogos), establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1925	4307	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.6, 3.6.2	Se solicita a la convocante poder coltar para el tamaño pediátrico dos cajas con 25 piezas de placas de retorno de paciente desechable con cable de conexión desechable con sistema REM para mayor seguridad del paciente.	reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos) y 3.6.1 Al menos una tamaño adulto, establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 4307, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.6 Placa de retorno de paciente, reusable con cable de conexión reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos) y 3.6.2 Al menos una tamaño pediátrico, establecido en la presente convocatoria.
1926	4308	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.6, 3.6.1, 3.6.2	Se solicita a la convocante poder ofertar placa de retorno de paciente reusable con cable de conexión reusable marca WEM manufacturada en Brasil cumpliendo con los requisitos solicitados en el punto 2.4 de las presentes bases, para cada tamaño solicitado.	Id DEM: 4308, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que los bienes convocados para su adquisición, así como los accesorios y consumibles descritos en las Cédulas de Descripción del Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados señalados en la convocatoria, toda vez que los bienes importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda.
1927	5264	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.6, 3.6.1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar placas de retorno desechable con cable de conexión desechable con sistema REM para el tamaño adulto y presentación de una caja con 50 piezas con la finalidad de una mayor seguridad e higiene para el paciente. ¿Se admite nuestra petición?	Id DEM: 5264, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.6 Placa de retorno de paciente, reusable con cable de conexión reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos) y 3.6.1 Al menos una tamaño adulto, establecido en la presente convocatoria.
1928	5266	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.6, 3.6.1, 3.6.2	Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar placa de retorno de paciente reusable con cable de conexión reusable marca WEM manufacturada en Brasil cumpliendo con los requisitos solicitados en el punto 2.4 de las presentes bases, para cada tamaño solicitado.	Id DEM: 5266, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que los bienes convocados para su adquisición, así como los accesorios y consumibles descritos en las Cédulas de Descripción del Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados señalados en la convocatoria, toda vez que los bienes importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda.
1929	5265	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.6, 3.6.2	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar placas de retorno desechable con cable de conexión desechable con sistema REM para el tamaño y presentación de una caja con 25 piezas con la finalidad de una mayor seguridad e higiene para el paciente. ¿Se admite nuestra petición?	Id DEM: 5265, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.6 Placa de retorno de paciente, reusable con cable de conexión reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos) y 3.6.2 Al menos una tamaño pediátrico, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1930	3550	SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	9	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS SOLICITADO EN LOS PUNTOS 4.1.1, 4.1.2 Y 4.1.3. DE LA PARTIDA No. 40, LAS SIGUIENTES CANTIDADES: 4.1.1. AL MENOS 15 TAMAÑO ADULTO, 4.1.2. AL MENOS 15 PLACAS TAMAÑO PEDIÁTRICO, 4.1.3. AL MENOS 10 PLACAS TAMAÑO NEONATAL, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SIENDO ESTOS LOS TAMAÑOS MAS COMUNMENTE UTILIZADOS EN CIRUGÍAS. LO ANTERIOR SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 4.1.1., 4.1.2 Y 4.1.3 DE LA PARTIDA No. 40?	Id DEM: 3550, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 4.1.1 Al menos 10 tamaño adulto, 4.1.2 Al menos 10 placas tamaño pediátrico y 4.1.3 Al menos 10 placas tamaño neonatal, establecido en la presente convocatoria.
1931	4161	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	21	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	General	Entendemos que el ofertar tecnología superior o equivalente no será causa de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4161, Respuesta: No es correcta su apreciación y no se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.
1932	4375	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	24	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	1.1	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar de la siguiente manera: "Equipo de cirugía de alta frecuencia. El aparato HF ha sido diseñado exclusivamente para generar potencia eléctrica para el corte monopolar, así como para la coagulación monopolar y bipolar en las intervenciones quirúrgicas en tejido. ARC 303 significa corte y coagulación electroquirúrgica de clase superior en la cirugía". ¿Se acepta?	Id DEM: 4375, Respuesta: De acuerdo a lo solicitado en el instructivo de llenado del Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", "12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse... En este contexto lo solicitado en el numeral 1.1 de la Cédula de Descripción de Artículo, no requiere referenciarse.
1933	4376	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	25	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.2.2	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar de la siguiente manera: "El ajuste de la función de mezcla (Blend) entre 0 y 9 permite regular el grado de costrificación de la superficie. De 1 a 300 Vatios. Ajuste de costrificación de la superficie. De 1 a 300 Vatios. Ajuste blend (MEZCLA). 10 Niveles, como opción para el punto 2.2.2 Con mezcla, blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 4376, Respuesta: Se acepta ofertar el ajuste de la función de mezcla (Blend) entre 0 y 9 permite regular el grado de costrificación de la superficie. De 1 a 300 Vatios. Ajuste de costrificación de la superficie. De 1 a 300 Vatios. Ajuste blend (MEZCLA). 10 Niveles, como opción para el punto 2.2.2 Con mezcla, blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1934	4377	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	26	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.4	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar de la siguiente manera: "Control de los electrodos neutros EASY. El control EASY mide los cambios de resistencia entre el paciente y el aparato de cirugía de alta frecuencia, tanto antes como durante la activación HF. Para ello se necesita un electrodo neutro partido con la correspondiente superficie de contacto y resistencias de paso adecuadas aplicadas debidamente al paciente". ¿Se acepta?	Id DEM: 4377, Respuesta: Se acepta ofertar Control de los electrodos neutros EASY. El control EASY mide los cambios de resistencia entre el paciente y el aparato de cirugía de alta frecuencia, tanto antes como durante la activación HF. Para ello se necesita un electrodo neutro partido con la correspondiente superficie de contacto y resistencias de paso adecuadas aplicadas debidamente al paciente, como opción

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1935	4378	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	27	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.6	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar de la siguiente manera: "Además del interruptor o instrumento de mano se dispone también de un interruptor de pedal para activar los distintos modos de operación (monopolares y bipolares)." ¿Se acepta?	para el punto 2.4 Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 4378, Respuesta: Se acepta ofertar Además del interruptor o instrumento de mano se dispone también de un interruptor de pedal para activar los distintos modos de operación (monopolares y bipolares) como opción para el punto 2.6 Activación de la unidad, 2.6.1 Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar y 2.6.2 Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar, establecido en la presente convocatoria
1936	4379	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	28	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.1.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar de la siguiente manera: "Pedal doble para aplicaciones monopolares (corte y coagulación) y bipolares (coagulación). Longitud del cable: 4 m." ¿Se acepta?	Id DEM: 4379, Respuesta: Se acepta siempre que oferte y compruebe documentalmente contar con Pedal (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antixplosivo, (el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo.
1937	4382	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	31	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.1.3, 3.2	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar para estos dos puntos el mismo pedal ya que en nuestra tecnología ocupamos el mismo pedal para aplicaciones monopolares y bipolares. ¿Se acepta?	Id DEM: 4382, Respuesta: Se acepta siempre que oferte y compruebe documentalmente contar con Pedal (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antixplosivo, (el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo.
1938	4383	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	32	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.1.3, 3.2	Solicitamos amablemente a la convocante elimine el punto 3.2 ya que lo solicitado en el punto 3.1.3 cumple con este mismo requerimiento y se puede ofertar un pedal para aplicaciones monopolares y bipolares. De esta manera se puede ofertar un menor costo que implica un ahorro para el Instituto. ¿Se acepta?	Id DEM: 4383, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a lo solicitado en los numerales 3.1.3, 3.1.4 y 3.2.
1939	4380	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	29	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.1.4	Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto para no limitar la libre participación en el entendido que esta característica no afecta el buen funcionamiento del pedal ni del equipo. ¿Se acepta?	Id DEM: 4380, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a lo solicitado en los numerales 3.1.3, 3.1.4 y 3.2.
1940	4381	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	30	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.1.4	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos amablemente a la convocante nos explique cuáles son los argumentos técnicos, legales y clínicos para mantener dicho requisito.	Id DEM: 4381, Respuesta: La convocante requiere el funcionamiento mediante pedal de corte y coagulación monopolar y, pedal para coagulación bipolar en sus procedimientos. En atención a lo requerido, se acepta ofertar un pedal que cuente con ambas funciones mediante cambio

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1941	4384	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	33	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.4	Al menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusablees de 19 cm, con tolerancia de (-2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m como mínimo, que sean compatibles con las conexiones de la pinza, del cable y de la Electrocirugía. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar para este punto, 2 modelos diferentes de pinzas bayonetas que cumplan con las medidas y características requeridas en este numeral. ¿Se acepta?	Id DEM: 4384, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Al menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusablees de 19 cm, con tolerancia de (-2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m como mínimo, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), establecido en la presente convocatoria.
1942	4385	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	34	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.5	3.5 Al menos dos pinzas bipolar rectas de 19 cm, con tolerancia de (-2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m de longitud como mínimo reusable, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar para este punto, 2 modelos diferentes de pinzas rectas que cumplan con las medidas y características requeridas en este numeral. ¿Se acepta?	Id DEM: 4385, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.4 Al menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusablees de 19 cm, con tolerancia de (-2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m como mínimo, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), establecido en la presente convocatoria.
1943	4121	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	82	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.4.2	INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE DE SALIDA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTES NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CÓDIGOS DE ACCESORIOS, QUE ES LA LITERATURA QUE UTILIZA EL FABRICANTE, QUE AL PRODUCIRSE UN CÓDIGO DE ERROR, ESTE NO SE BORRA Y NO NOS PERMITE TRABAJAR CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA HASTA QUE SE CORRIJE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4121, Respuesta: Con fines de comprobación documental, se acepta referenciar este punto como códigos de accesorios, que al producirse un código de error, este no se borra y no nos permite trabajar con la unidad de electrocirugía hasta que se corrige, como opción para el punto 2.4.2 Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente, QUE AL PRODUCIRSE UN CÓDIGO DE ERROR, ESTE NO SE BORRA Y NO NOS PERMITE TRABAJAR CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA corresponde a la monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno, solicitado en el numeral 2.4, del cual se deriva.
1944	4122	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	83	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.7	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VISUALIZADOR DIGITAL YA QUE ES LA LITERATURA PROPIA DEL FABRICANTES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4122, Respuesta: No se acepta, favor de atender a lo solicitado en el numeral 2.7 Pantalla LCD o Display TFT, para mostrar parámetros o valores de los programas, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1945	4126	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	87	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE LONGITUD DE 3.05MTS, YA QUE ESTO NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4126, Respuesta: Se acepta ofertar CABLE DE LONGITUD DE 3.05MTS, como opción para el punto 3.2 Pedal bipolar. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo comprobar que el equipo cuenta con: pedal bipolar. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo o inmersión).
1946	5259	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	SIN PUNTO	Se solicita a la convocante poder ofertar Unidad de Electrocirugía de Uso General marca WEM que cumple con las características indicadas en el Anexo 1 y 1.2, manufacturado en Brasil cumpliendo con los requisitos solicitados en el punto 2.4 de las presentes bases, para no limitar la libre participación, ¿se admite?	Id DEM: 5259, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que los bienes convocados para su adquisición, así como los accesorios y consumibles descritos en las Cédulas de Descripción del Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados señalados en la convocatoria, toda vez que los bienes importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda.
1947	4118	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	79	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.2.1	CONSIDERAMOS NECESARIO PARA EL INSTITUTO ADQUIRIR UN EQUIPO QUE CUENTE CON POTENCIA DE CORTE PURO MINIMO DE 300 WATTS YA QUE CON ESTO SE PUEDE UTILIZAR EN UN MAYOR NUMERO DE PROCEDIMIENTOS Y ESPECIALIDADES. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	Id DEM: 4118, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.1 Con corte puro con potencia mínima de 250 watts, establecido en la presente convocatoria.
1948	4119	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	80	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.2.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS UN MODO DE COAGULACIÓN MONOPOLAR EN DONDE UNO DE ELLOS CUENTE CON POTENCIA DE 120 WATTS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4119, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, establecido en la presente convocatoria.
1949	4120	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	81	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	2.3.1	ENTENDEMOS QUE LA COAGULACIÓN CON SALIDA BIPOLAR SE REFIERE A QUE LA DESECCION DEL TEJIDO DEBE SER EFICIENTE Y CON DANO LATERAL MINIMO. POR LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON DOS MODOS BIPOLARES PARA SU APLICACIÓN DEPENDIENDO DEL TEJIDO A TRATAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	Id DEM: 4120, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la potencia de los dos modos bipolares del equipo a ofertar.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1950	4124	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	85	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.1.3	EN CASO DE SER NEGATIVA NUESTRA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PEDAL MONOPOLAR IMPERMEABLE, YA QUE ES LA LITERATURA PROPIA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4124, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.3 Pedal monopolar para corte y coagulación, (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, (el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo, establecido en la presente convocatoria.
1951	4123	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	84	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.1.3, 3.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4123, Respuesta: No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11795 Unidad de electrocirugía de uso general, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1952	4125	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	86	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PEDAL BIPOLAR A PRUEBA DE SALPICADURAS OMNI-DIRECCIONALES, YA QUE ES LITERATURA PROPIA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4125, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a lo solicitado en el numeral 3.2 Pedal bipolar. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo, establecido en la presente convocatoria.
1953	4127	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	88	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.3.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUCHILLA REUSABLE LARGO DE 10CM CON TOLERANCIA DE +/- 1CM, PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4127, Respuesta: Se acepta ofertar CUCHILLA REUSABLE LARGO DE 10CM CON TOLERANCIA DE +/- 1CM, como opción para el punto 3.3.1 Un electrodo tipo cuchilla reusable largo mínimo 10 cm. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1954	4128	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	89	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA REUSABLE LARGO DE 19CM CON TOLERANCIA DE +/- 1CM, PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4128, Respuesta: Se acepta su propuesta de ofertar PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA REUSABLE LARGO DE 19CM CON TOLERANCIA DE +/- 1CM como opción para el punto 3.4 A) menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusables de 19 cm, con tolerancia de (- 2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m como mínimo, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), debiendo ofertar las dos pinzas y demás características solicitadas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

Nó. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1955	4129	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	90	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	3.4	ENTENDEMOS QUE PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA SE DEBERAN OFERTAR TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 4129, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL, como opción para el punto 3.4 Al menos dos pinzas bipolar tipo bayoneta reusables de 19 cm, con tolerancia de (- 2 cm) de longitud, cada una con un cable de conexión reusable, de 3 m como mínimo, que sean compatibles las conexiones de la pinza, del cable y de la Unidad de Electrocirugía. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1956	4130	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	91	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	7.1.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LA NORMA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4130, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11795 Unidad de electrocirugía de uso general, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
1957	4162	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	16	40	Unidad de electrocirugía de uso general.	Sin punto	Se solicita a la convocante poder ofertar Unidad de Electrocirugía de Uso General marca WEM con características superiores a las solicitadas en el Anexo 1. y 1.2, manufacturado en Brasil cumpliendo con los requisitos solicitados en el punto 2.4 de las presentes bases.	Id DEM: 4162, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que los bienes convocados para su adquisición, así como los accesorios y consumibles descritos en las Cédulas de Descripción del Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados señalados en la convocatoria, toda vez que los bienes importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda.
1958	5233	DEWIMED, S.A.	30	41	Unidad de facoemulsión.	2.1.2.3	REQUIEREN MODO DE RAFAGA O INCREMENTO SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MODO MULTI BURST QUE PERMITE AL CIRUJANO TENER UN MAYOR CONTROL POR MEDIO DEL RECORRIDO DEL PEDAL, OFRECIENDO UN TIEMPO DE ULTRASONIDO CONCRETO Y DISMINUYENDO ASÍ EL RIESGO DE DAÑO EN LAS CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA CORNEA Y LA RÁPIDA RECUPERACIÓN POST QUIRÚRGICA. ¿SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS, LAS CUALES REPRESENTAN MEJORAS TECNOLÓGICAS?	Id DEM: 5233, Respuesta: Se acepta ofertar MODO MULTI BURST como opción para el punto "2.1.2.3 Modo ráfaga o incremento.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1959	5234	DEWIMED, S.A.	31	41	Unidad de facoemulsión.	2.1.3.1	DICE: TIPO PIEZOELECTRICO. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON CARTA DE FABRICANTE YA QUE NUESTRO EQUIPO CUMPLE DE	Id DEM: 5234, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.1.3.1 Tipo: PIEZOELECTRICO." establecida en la presente cédula de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1960	3984	CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11	41	Unidad de facoemulsion.	2.1.3.2	CON DICHA CARACTERISTICA ¿SE ACEPTA? Se solicita amablemente a la convocante considerar que las puntas de la pieza de mano son las que se pueden esterilizar.	descripción del artículo. Id DEM: 3984, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.1.3.2 Esterilizable." establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1961	3985	CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12	41	Unidad de facoemulsion.	2.1.3.3	Se solicita la convocante nos permita referenciar este punto con una carta del fabricante puesto que no contamos con documento referenciado. ¿Se acepta?	Id DEM: 3985, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "Con sistema de enfriamiento, al menos uno de los siguientes:" establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1962	5235	DEWIMED, S.A.	32	41	Unidad de facoemulsion.	2.1.3.3.4	DICE: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PASIVO SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR CON CARTA DE FABRICANTE YA QUE NUESTRO EQUIPO CUMPLE CON DICHA CARACTERISTICA ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5235, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.1.3.3.4 Pasivo." establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1963	5236	DEWIMED, S.A.	33	41	Unidad de facoemulsion.	2.2.1.1	SOLICITAN PRESIÓN MÁXIMA DE VACÍO DE 500 MMHG A 650 MMHG. CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MI REPRESENTADA. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LA BOMBA DEL EQUIPO QUE OFERTAMOS ESTA COMPUESTA POR PISTONES, VÁLVULAS Y SENSORES LO QUE PERMITE CREAR UN VACÍO MÁXIMO DE 680 MMHG, ALCANZADO EN UN TIEMPO DE 3 SEGUNDOS, ESTO LE PERMITE AL MÉDICO CIRUJANO CREAR MAYOR FUERZA DE ASPIRACIÓN EN POCO TIEMPO. ¿SE ACEPTA ESTA MEJORA?	Id DEM: 5236, Respuesta: Se acepta ofertar VACÍO MÁXIMO DE 680 MMHG como opción para el punto "2.2.1.1 Presión máxima de vacío de 500 a 650 mmhg.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo ofertar y comprobar documentalmente la presión mínima de vacío de 500 mmhg.
1964	5237	DEWIMED, S.A.	34	41	Unidad de facoemulsion.	2.3.1	REQUIEREN OCUTOMO O VITRECTOR TIPO GUILLOTINA. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO VITRECTOR DE DOBLE GUILLOTINA YA QUE ES CAPAZ DE TRABAJAR CON VALORES DE HASTA DE 16000 CORTES POR MINUTO (CPM). ¿SE ACEPTA ESTA MEJORA TECNOLÓGICA?	Id DEM: 5237, Respuesta: Se acepta ofertar VITRECTOR DE DOBLE GUILLOTINA como opción para el punto "2.3.1 Ocutorio o Vitrector tipo guillotina indicar marca y modelo y/o número de parte)", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1965	5238	DEWIMED, S.A.	35	41	Unidad de facoemulsion.	2.3.1.1	SOLICITAN VELOCIDAD DE CORTE VARIABLE PROGRAMABLE. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO GRÁFICAMENTE Y CON CARTA DE FABRICANTE YA QUE NUESTRO EQUIPO CUMPLE CON DICHA CARACTERISTICA ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5238, Respuesta: Se acepta presentar gráficamente lo que cumple con el numeral "2.3.1.1 Velocidad de corte variable programable por el operador", toda vez que la presente convocatoria permite en el numeral 5.2.4 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1966	3986	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	13	41	Unidad de facoemulsión.	3.2	Se solicita a la convocante nos permita referenciar este punto con una foto toda vez que no contamos con documento referenciado del estuche. ¿Se acepta?	correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las gráficas presentadas. Asimismo se precisa que la carta de fabricante no es requerida por la convocante. Id DEM: 3986, Respuesta: Se acepta presentar fotografías demostrando que cumple con el numeral "3.2 Estuche para guarda y esterilización (Indicar marca y modelo y/o número de parte)", debido a que la presente convocatoria permite en el numeral 5.2.4 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Id DEM: 3987, Respuesta: Se acepta ofertar CUATRO RUEDAS Y FRENO DE BARRA INCORPORADOS como opción para el punto "3.3 Carro para transporte del equipo (Indicar marca y modelo y/o número de parte)", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1967	3987	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14	41	Unidad de facoemulsión.	3.3	Se solicita a la convocante nos permita ofertar el equipo con ruedas orientables integradas al equipo. ¿Se acepta?	Id DEM: 3987, Respuesta: Se acepta ofertar CUATRO RUEDAS Y FRENO DE BARRA INCORPORADOS como opción para el punto "3.3 Carro para transporte del equipo (Indicar marca y modelo y/o número de parte)", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1968	5239	DEWIMED, S.A.	36	41	Unidad de facoemulsión.	3.3	SOLICITAN CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO, CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LA UNIDAD QUE OFERTAMOS NO REQUIERE DE ESTE ACCESORIO, DEBIDO A QUE CUENTA CON CUATRO RUEDAS Y FRENO DE BARRA INCORPORADOS, ESTO REDUCE EL ESPACIO DENTRO DE QUIRÓFANO ADEMÁS DE FACILITAR LA MANIPULACIÓN DENTRO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5239, Respuesta: Se acepta ofertar CUATRO RUEDAS Y FRENO DE BARRA INCORPORADOS como opción para el punto "3.3 Carro para transporte del equipo (Indicar marca y modelo y/o número de parte)", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1969	5240	DEWIMED, S.A.	37	41	Unidad de facoemulsión.	3.5.2	SOLICITAN AL MENOS DOS PUNTAS CON PUERTO A 90° CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR PUNTAS DE PUERTO RECTAS, LAS CUALES BRINDAN LOS MISMOS RESULTADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE RESTOS CORTICALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5240, Respuesta: Se acepta ofertar PUNTAS DE PUERTO RECTAS como opción para el punto "3.5.2 Al menos dos puntas con puerto a 90°", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1970	5241	DEWIMED, S.A.	38	41	Unidad de	3.6	SOLICITAN PUNTA DE VITRECTOMIA, REUSABLE, CON	Id DEM: 5241, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1971	6493	GRUPO REINET, S. A. DE C. V.	6	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.1.2	MANGAS O CAMISAS DE SILICÓN. CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE POR HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PACIENTE LOS VITRECTORES DEBEN SER DE USO ÚNICO. ADEMÁS, ASÍ SE GARANTIZA EL EXCELENTE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	atender a la descripción solicitada en el numeral "3.6 Puntita para vitrectomía, reusable, con mangas o camisas de silicón." establecida en la presente cédula de descripción del artículo.
1972	6407	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	143	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.1	Considerando las aplicaciones que el equipo pueda tener y con el creciente incremento de personas con obesidad en la población mexicana, se solicita a la convocante considerar que los equipos cuenten con un mínimo de 400 mA dado que permitiría al radiólogo definir mejor los detalles en la toma radiográfica ¿Se acepta?	Id DEM: 6493, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con corriente de 400 mA o mayor, como opción para el punto 2.1.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1973	6558	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	8	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.1	ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR UN SISTEMA DE RAYOS X MOVIL, ESTE DEBE DE CONTAR CON LA INDEPENDENCIA SUFICIENTE PARA TRABAJAR SIN ESTAR CONECTADO A LA CORRIENTE ELECTRICA DENTRO DE LAS AREAS MEDICAS. POR TAL MOTIVO PONEMOS A SU ATENTA CONSIDERACION, SOLICITE ÚNICAMENTE EQUIPOS CON BATERIAS QUE ASISTIRAN AL SISTEMA TANTO PARA EL DESPLAZAMIENTO, COMO PARA EL DISPARO DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6407, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10. Con o sin baterías, establecido en la presente convocatoria.
1974	4415	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	23	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.14.2, 2.14.3, 2.14.4, 2.14.5, 2.14.6, 2.14.7	Partida 42. UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL DIGITAL Punto 2.10. Solicitan con o sin baterías. Con el fin de que todos los proveedores oferten tecnología equiparable, solicitamos atentamente se especifique si se debe incluir o no el funcionamiento con baterías. Del punto 2.14.1 DICOM Verification al punto 2.14.7. DICOM MPSPS (Modality Performed Procedure Step)", deseamos corroborar las especificaciones y características de los equipos, según el numeral 4.1.6., que los licitantes presenten fabricante se encuentra la "Declaración de Conformidad Dicom" o anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, lo que se conoce en inglés: "DICOM Conformance Statement" en instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país la cual se encuentra todos y cada uno de los servicios DICOM de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número solicitados y que forman parte de los servicios con los que cuenta de la página del documento del cual fue obtenida dicha el equipo ofertado, por lo cual, solicitamos atentamente la información, en tal contexto se deberá entender que los convocante, referenciar mediante documentación técnica, ya sea folletos, catálogos instructivos y manuales ellos del fabricante donde se establece el cumplimiento de estos servicios,	Id DEM: 6558, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Id DEM: 4415, Respuesta: No se acepta. Se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos, según el numeral 4.1.6., que los licitantes presenten folletos, catálogos y/o fotografías, lo que se conoce en inglés: "DICOM Conformance Statement" en instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país la cual se encuentra todos y cada uno de los servicios DICOM de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número solicitados y que forman parte de los servicios con los que cuenta de la página del documento del cual fue obtenida dicha el equipo ofertado, por lo cual, solicitamos atentamente la información, en tal contexto se deberá entender que los convocante, referenciar mediante documentación técnica, ya sea folletos, catálogos instructivos y manuales ellos del fabricante donde se establece el cumplimiento de estos servicios,

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							y se omite la presentación de la carta de fabricante solicitada en este punto. ¿Se acepta?	4.1.6. Para los equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.
1975	5139	COMERLAT, S.A. DE C.V.	32	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.15	Control Remoto inalámbrico. De acuerdo al artículo 29, fracción V de la LAASSP con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría, se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar Control remoto alámbrico o inalámbrico de acuerdo a cada casa comercial. Ya que en ambos casos se garantiza la seguridad radiológica del técnico, pues ambos permiten alejarse la distancia necesaria para el disparo y la atención óptima para el paciente. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5139, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.
1976	5162	COMERLAT, S.A. DE C.V.	55	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.15	DICE: Control remoto inalámbrico PREGUNTA: Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar control remoto alámbrico con cable de 4 metros de largo lo cual garantiza la seguridad radiológica de los usuarios ya que dicha longitud permite alejarse la distancia necesaria para el disparo y la atención óptima para el paciente. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5162, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.
1977	5185	COMERLAT, S.A. DE C.V.	78	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.15	DICE: Control remoto inalámbrico PREGUNTA: Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar control remoto alámbrico, esto debido a que la tecnología inalámbrica representa un mayor costo para el Instituto además de que el hecho de que sea tecnología inalámbrica facilita el robo o extravío de este accesorio lo cual puede representar un daño a las finanzas del Instituto. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5185, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.
1978	5611	IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.	108	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x	2.15	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar equipo con disparador alámbrico ya que no merece el funcionamiento del equipo.	Id DEM: 5611, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1979	6496	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	9	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.15	Considerando que estos dispositivos pueden llegar a descargarse o sufrir daños por mal uso, se extiende la solicitud de que los equipos deberán contar además de control inalámbrico con un control alámbrico extensible de hasta 3 metros para que no se detenga el flujo de trabajo en caso de desperfecto o extravío del control inalámbrico ¿se acepta?	Id DEM: 6496, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.
1980	5140	COMERLAT, S.A. DE C.V.	33	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.16	Pantalla plana interconstruida. De acuerdo al artículo 29, fracción V de la LAASSP con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: Pantalla Plana Fija al equipo de 12" o mayor, ya que ofrece la misma funcionalidad y no merita la calidad de lo requerido, además de que esta característica no es de relevancia para la operación ni para el diagnóstico clínico del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5140, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16. Pantalla plana interconstruida, establecido en la presente convocatoria.
1981	5163	COMERLAT, S.A. DE C.V.	56	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.16	DICE: Pantalla plana interconstruida LCD o TFT de 15" o mayor. PREGUNTA: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: Pantalla plana fija al equipo de 12" o mayor, esto con el fin de no incrementar las propuestas económicas y ofrecer las mejores condiciones a la dependencia. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Id DEM: 5163, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16. Pantalla plana interconstruida, establecido en la presente convocatoria.
1982	6497	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	10	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.16	Debido a que la pantalla es un elemento primordial para la programación y evaluación de los parámetros debemos entender que la pantalla debe tener un tamaño de por lo menos 19". ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6497, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con pantalla plana interconstruida LCD o TFT de 19" o mayor, como opción para el punto 2.16., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1983	6402	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	138	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.2.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO COLUMNA CON SISTEMA DE CONTRAPEO Y el punto 2.2.4., sin ser obligatorio para los demás licitantes MOVIMIENTO DEL BRAZO TIPO TELESCOPICO POR MEDIO DE UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6402, Respuesta: Se acepta ofertar movimiento de columna con sistema de contrapeso y movimiento del brazo tipo telescopico por medio de una imagen, como opción para el punto 2.2.4., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1984	5138	COMERLAT, S.A. DE C.V.	31	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.4	Dice: Detector digital plano (Incluir de cada uno marca y modelo). Debemos entender que la frase "de cada uno" es incorrecta y se debe eliminar, ya que únicamente se requiere un detector digital. Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5138, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.4.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-IE8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1985	4412	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	20	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.4	Amablemente solicitamos a la convocante nos permita referenciar como marca del detector a la marca correspondiente al equipo ofertado y como modelo al nombre asignado para el detector, digital plano: (Incluir de cada uno Marca y Modelo), tomando en consideración que las características de este se encuentran dentro de la documentación técnica de nuestra marca representada. ¿Se acepta?	Id DEM: 4412, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 Detector digital plano: (Incluir de cada uno Marca y Modelo), establecido en la presente convocatoria.
1986	6494	GRUPO REINET, S. A. DE C. V.	7	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.4.1	Consideramos que un equipo con una conversión de 12 bits no es capaz de definir con gran detalle las características de una toma radiográfica, por lo tanto, se entiende que se deberá ofertar un equipo con una conversión analógica digital de 16 bits ¿Es correcto?	Id DEM: 6494, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con una conversión analógica digital de 16 bits, como opción para el equipo con una conversión analógica digital de 16 bits ¿Es hacerlo de esta manera.
1987	6403	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	139	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.4.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR "MATRIZ DE 1994 X 2,430 PÍXELES", EN EL ENTENDIDO QUE EL PRODUCTO DEL ARREGLO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA MATRIZ OFERTADA (1994 X 2,430 = 4.8 MEGAPIXEL) ES SUPERIOR AL PRODUCTO DE LA MATRIZ SOLICITADA EN ESTA CONVOCATORIA (2,000 X 2,000 = 4 MEGAPIXEL). ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6403, Respuesta: Se acepta ofertar matriz de 1994 x 2,430 píxeles o mayor, como opción para el punto 2.4.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1988	6404	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	140	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.4.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR DETECTOR CON COEFICIENTE DE EFICIENCIA (DQE) DE HASTA 35%, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE COEFICIENTE ASEGURA EL BUEN DESEMPEÑO Y OBTENCION DE IMÁGENES MEDICAS ADECUADAS PARA LA UNIDAD MEDICA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6404, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.6. DQE de 50 % o mayor o 3.1 lp/mm o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1989	6405	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	141	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.5	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PODEMOS REFERENCIAR "PORTATUBO" POR MEDIO DE UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE QUE LA EXTENSION DEL BRAZO ES TIPO TELESCÓPICO, ASI COMO EL GIRO DE LA COLUMNA Y EL TUBO DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6405, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2. el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.
1990	6406	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	142	42	Unidad radiológica	2.6	ENTENDEMOS QUE LA ALTURA DEL FOCO AL PISO O SID DEBE SER VARIABLE Y ALCANZANDO SU MAXIMA ALTURA	Id DEM: 6406, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					portatil. Equipo de rayos x movil.		DE 1.80 METROS O MAYOR. ¿ES CORRECTO?	solicitada en el numeral 2.6. Altura del foco al piso o SID de 1.80 metros o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1991	6067	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	10	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.8	Solicitamos atentamente a la convocante que nos permita referenciar el Punto 2.8 "Con capacidad de almacenamiento de al menos 4,000 imágenes o 500 Gb o mayor" con almacenamiento externo. ¿Se acepta?	Id DEM: 6067, Respuesta: No se acepta su solicitud de almacenamiento externo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8. con capacidad de almacenamiento de al menos 4,000 imágenes o 500 Gb o mayor, establecido en la presente convocatoria.
1992	6495	GRUPO REINET, S. A. DE C. V.	8	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.9	Debemos entender que por tratarse de un equipo móvil este debe ser fácil de transportarse y el peso representa un factor muy importante para la movilidad del equipo por lo que solicitamos que este no pese más de 215 kilos reduciendo así el esfuerzo y la posibilidad de sufrir algún accidente al transportar un equipo con un peso mayor a este. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6495, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con peso de 215 kilos o menor, como opción para el punto 2.9., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1993	4413	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	21	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.9	De la manera más atenta deseamos comentar a la convocante que el peso del equipo es un factor determinante en el uso de este tipo de sistemas, ya que tener un equipo móvil liviano permite el traslado más rápido en áreas críticas, además le permite al usuario disminuir el esfuerzo al movilizarlo en las áreas hospitalarias, un equipo con 580kg aún siendo asistido por motor es demasiado pesado, lo que también implica un desgaste mecánico de las piezas internas y costos mayores para la institución, por esta razón sugerimos a la convocante modifique la especificación a: "2.10 Peso de 400kg o menor". ¿Se acepta?	Id DEM: 4413, Respuesta: Se acepta ofertar Peso de 400kg o menor como opción para el punto 2.9, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1994	4414	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	22	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.9	Entendemos que al solicitar un peso de esta proporción la convocante requiere que el equipo posea un sistema de movimiento asistido mediante motor, considerando que al transportar un equipo de este peso resultaría difícil la movilización mediante el esfuerzo humano. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4414, Respuesta: Es correcta su apreciación. Para el caso de equipos que cuenten con batería.
1995	5186	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	2	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.1.3	PREGUNTA: Considerando que de acuerdo con el cuadro básico de CENETEC, y que marcas importantes como GE, Philips, Technix cuentan con rango de kilovoltaje de 40KV a 125KV solicitamos a la amable convocante se permita a mi representada ofertar un este rango de ajuste con $\pm 5\%$ de tolerancia para este punto, favoreciendo así la libre participación. ¿Se acepta?	Id DEM: 5186, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3. Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV, establecido en la presente convocatoria.
1996	5980	PRODUCTOS Y SERVICIOS	49	42	Unidad radiologica	2.1.1	Con la finalidad de maximizar las capacidades del equipo de rayos X móvil y poder realizar una mayor cantidad de estudios que con potencia de 40 kW, como opción para el punto 2.1.1., sin ser	Id DEM: 5980, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con potencia de 40 kW, como opción para el punto 2.1.1., sin ser

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica.

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1997	5137	INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	30	42	portatil. Equipo de rayos x movil.	2.13	un equipo de menor potencia, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo de al menos 40KW. ¿Se acepta nuestra propuesta?	obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
1998	5737	COMERLAT, S.A. DE C.V.	30	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.13	Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV. De acuerdo al artículo 29, fracción V de la LAASSP atender a la descripción solicitada en el numeral 2.13. Ajuste con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un rango de Kilovoltaje de 40 KV o menor a 125KV o mayor, lo cual representa una variación menor al 5% y además es el rango utilizado en una Sala de RX fija convencional, y con lo cual se cumplen las necesidades técnicas y clínicas de RX. Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5137, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.13. Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV, establecido en la presente convocatoria.
1999	5737	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	59	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.10	Con la finalidad de mejorar la productividad y el flujo de trabajo para los usuarios del equipo, teniendo en cuenta los volúmenes que pudiera ser sometido el equipo móvil, y sobre todo lugares donde no haya disponibles contactos eléctricos con supresores de picos, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar únicamente equipos con baterías integradas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5737, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10. Con o sin baterías, establecido en la presente convocatoria.
1999	6022	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	42	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.10	Entendemos que debido a que mi representada ofertará un equipo sin baterías, esta característica no se plasma en los catálogos y manuales por lo que solicitamos se pueda marcar exclusivamente en la propuesta técnica ¿Se acepta?	Id DEM: 6022, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10. Con o sin baterías, establecido en la presente convocatoria.
2000	6023	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	43	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.15	Entendemos que debido a que el fabricante no plasma de manera literal las características, entendemos se nos permitirá con fines exclusivos de referenciación como Control a distancia con botón de disparo doble sin cables ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 6023, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con control a distancia con botón de disparo doble sin cables, como opción para el punto 215., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2001	6024	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	44	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.15	Los manuales y catálogos no mencionan la palabra interconstruido por lo que solicitamos a la convocante poder demostrar exclusivamente este punto con una imagen donde se observe que no es una pantalla montada al equipo y es interconstruida ¿Se acepta?	Id DEM: 6024, Respuesta: Si se refiere al numeral 2.16 Pantalla plana interconstruida LCD o TFT de 15" o mayor. La convocatoria permite en el numeral 4.1.2. el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2002	5981	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	50	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x movil.	2.2.3	Con la finalidad de mejorar la productividad, el tiempo de vida del tubo y el flujo de trabajo maximizando las capacidades del equipo y teniendo en cuenta los volúmenes a los que pudiera ser sometido el equipo móvil, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un tubo de rayos X de al menos 300kHU. ¿Se acepta nuestra propuesta?	correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Id DEM: 5981. Respuesta: Se acepta ofertar equipo con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 300,000 HU como opción para el punto 2.2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2003	6021	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	41	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x movil.	2.2.5	El tubo de Rayos X se encuentra dentro del monobloque que lo soporta, por lo que solicitamos a la convocante de la manera más atenta que se nos permitiera referenciar este punto como rotación de +/-90° del monobloque respecto al eje del brazo ¿Se acepta?	Id DEM: 6021. Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rotación del tubo o soporte del tubo de +/-90° o mayor monobloque respecto al eje del brazo, como opción para el punto 2.2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2004	5733	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	55	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x movil.	2.4	Con la finalidad de mejorar el flujo y movilidad del detector, así como las molestias causadas a los pacientes y sobre todo para evitar cualquier tipo de fomite o contaminación cruzada, se solicita amablemente a la convocante, permita ofertar únicamente detectores inalámbricos. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5733. Respuesta: Se acepta ofertar detector digital plano inalámbrico (Incluir Marca y Modelo), como opción para el punto 2.4., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2005	5734	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	56	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x movil.	2.6	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una altura del foco al piso de 1.50 o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5734. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6. Altura del foco al piso o SID de 1.80 metros o mayor, establecido en la presente convocatoria.
2006	5735	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	57	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x movil.	2.8	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una capacidad de almacenamiento de 1,000 imágenes, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5735. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8. Con capacidad de almacenamiento de al menos 4,000 imágenes o 500 Gb o mayor, establecido en la presente convocatoria.
2007	5736	ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	58	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x movil.	2.9	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un peso de 700 kg o menor, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5736. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9. Peso de 580 kg o menor, establecido en la presente convocatoria.
2008	6027	RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6	42	Unidad radiológica portátil. Equipo	2.10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA UN REQUERIMIENTO EL CONTAR CON BATERIAS YA QUE ESTABLECE UNA DIFERENCIA ECONOMICA SIGNIFICATIVA, sin baterías, establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 6027. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10. Con o sin baterías, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2009	6028	RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.16	LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL NO FAVORECER ECONÓMICAMENTE A TODOS LOS PARTICIPANTES, DEJANDO A LA PROVEEDURÍA EN CONDICIONES DESIGUALES. ENTENDEMOS QUE POR PANTALLA PLANA INTERCONSTRUIDA SE REFIERE A QUE LA PANTALLA SE ENCUENTRE INTEGRADA AL EQUIPO DE MANERA INAMOVIBLE, EN DONDE SE PUEDA VISUALIZAR LA IMAGEN OBTENIDA POSTERIOR AL DISPARO, ADEMÁS DE OPERAR POR MEDIO DE FUNCIONES TÁCTILES LOS PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN AL IGUAL QUE SELECCIONAR O INTRODUCIR DATOS DEL PACIENTE Y/O ESTUDIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 6028, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2010	6025	RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	1.1, 2.2.2, 2.2.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA QUE LA ROTACIÓN SOLICITADA SEA DE +300° Y -300° LO QUE BRINDA MAYOR ACCESIBILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PACIENTES, ASÍ COMO MAYOR COMODIDAD DURANTE LA TOMA DEL EXAMEN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6025, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rotación del tubo o soporte del tubo de +300° y -300°, como opción para el punto 2.2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2011	6026	RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.4, 2.4.5	SE SUGIERE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SOLICITE UN TAMAÑO DE PIXEL DE 150µm O MENOR, YA QUE ENTRE MENOR SEA EL TAMAÑO DE PIXEL LA RESOLUCIÓN Y LOS DETALLES DE LA IMAGEN AUMENTAN, LO QUE PROPORCIONA UNA IMAGEN DE MEJOR CALIDAD PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES.	Id DEM: 6026, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con tamaño de pixel de 150µm o menor, como opción para el punto 2.4.5, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2012	6556	MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.	20	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	Sin punto	Entendemos que con el fin de garantizar la buena compatibilidad con posibles PACS RIS existentes, el equipo deberá contar con la transferencia inalámbrica de imágenes que optimiza el flujo de trabajo de los hospitales. ¿Se acepta?	Id DEM: 6556, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2013	5268	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24	42	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	2.1.3	Para evitar una baja resolución en las imágenes debido a que en las técnicas radiológicas no alcanzan un kilovoltaje pico de 130 kV y eso implicaría bajar mucho el mA, por lo que solicitamos a la convocante de la manera nos permita ofertar un Kilovoltaje pico de 125kV o mayor en pasos de 1kV, ¿se acepta nuestra petición?	Id DEM: 5268, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3. Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 kV o menor a 130kV o mayor, en pasos de 1kV, establecido en la presente convocatoria.
2014	5277	DISTRIBUIDORA DE	33	42	Unidad radiológica	2.11	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que el fabricante no plasma la característica, solicitamos de la	Id DEM: 5277, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2, el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos,

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2015	6570	DISPOSITIVOS MEDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	34	42	portatil. Equipo de rayos x movil.	2.14, 2.14.1 A 2.14.7	manera más atenta nos permita referenciarlo con una imagen que muestre claramente el lugar donde se porta el detector ¿Se acepta?	fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.
2016	5279	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	35	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.15	Entendemos que al ser un protocolo estándar, en muchas ocasiones se plasman las características de manera equivalente por lo que solicitamos de la manera más atenta se nos permita con fines exclusivos de referenciación de acuerdo a la literatura de cada fabricante, además de la carta del fabricante de cumplimiento ¿Se acepta?	Id DEM: 6570, Respuesta: No se acepta. Se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos, según el numeral 4.1.6., que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos.
2017	5269	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	25	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.2.3	Lo solicitado no corresponde a una característica sustancial del equipo, por lo que entendemos que se nos permitirá ofertar un control a pasos de 4 metros ya que por la naturaleza del equipo y los estudios se debe tomar el disparo a esa distancia, además de que esto asegura que el control este siempre en el mismo lugar ¿Se acepta?	4.1.6. Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.
2016	5279	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	35	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.15	Lo solicitado no corresponde a una característica sustancial del equipo, por lo que entendemos que se nos permitirá ofertar un control a pasos de 4 metros ya que por la naturaleza del equipo y los estudios se debe tomar el disparo a esa distancia, además de que esto asegura que el control este siempre en el mismo lugar ¿Se acepta?	Id DEM: 5279, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15: Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.
2017	5269	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	25	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.2.3	El almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 100 KHU Id DEM: 5269, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con provocará que se caliente necesitando un tiempo de espera, para capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2018	5270	DISPOSITIVOS DE MÉDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	26	42	portatil. Equipo de rayos x movil.	2.2.4	no interrumpir la marcha de trabajo, solicitamos amablemente a la convocante ofertar un equipo con capacidad de 300,000 HU o mayor, ¿se acepta nuestra propuesta?	no interrumpir la marcha de trabajo, solicitamos amablemente a la convocante ofertar un equipo con capacidad de 300,000 HU o mayor, como opción para el punto 2.2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2019	5271	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS DE MÉDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	27	42	Unidad radiológica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.2.5	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar contrapropuestas o contrabalanceado, en virtud que estas características son similares, ¿se acepta?	Id DEM: 5270, Respuesta: Se acepta ofertar movimiento contrabalanceado como opción para el punto 2.2.4., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2020	5272	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS DE MÉDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	28	42	Unidad radiológica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.4	Entendemos que debido a la diferencia de terminología que cada fabricante plasma en sus catálogos se nos permitirá ofertar una rotación del yugo del soporte del tubo de +90°/-180° ya que es equivalente y supera el rango solicitado además de lograr un mejor posicionamiento del equipo ¿Se acepta?	Id DEM: 5271, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rotación del yugo del soporte del tubo de +90°/-180°, como opción para el punto 2.2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2021	5273	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS DE MÉDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	29	42	Unidad radiológica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.4.3	Requieren incluir marca y modelo de cada uno de los detectores, sin embargo, sólo se solicita uno por lo que entendemos se deberá incluir marca y modelo del detector solicitado ¿Se acepta?	Id DEM: 5272, Respuesta: Favor de atender la Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.4.
2022	5276	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS DE MÉDICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	32	42	Unidad radiológica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.9	Entendemos que se podrá referenciar como Silicio amorfo (a-Si), ya que es la traducción de Silicón amorfo ¿Se acepta?	Id DEM: 5273, Respuesta: Se acepta referenciar plano de Silicio amorfo (a-Si), con cintillador de Ioduro de Cesio, como opción para el punto 2.4.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2023	5267	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS	23	42	Unidad radiológica portatil. Equipo	2.1.1	La intención del equipo es que sea fácilmente desplazable dentro de áreas críticas, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con un peso del equipo de 230 kg o menor ¿Se acepta?	Id DEM: 5276, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un peso de 230 kg o menor, como opción para el punto 2.9., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2023	5267	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS	23	42	Unidad radiológica portatil. Equipo	2.1.1	Con el objetivo de ofrecer mayor potencia lo que generará mayores rangos de exposición favoreciendo a las técnicas radiológicas necesarias, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con un peso del equipo de 230 kg o menor ¿Se acepta?	Id DEM: 5267, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con mayores rangos de exposición favoreciendo a las técnicas radiológicas necesarias, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con un peso del equipo de 230 kg o menor, como opción para el punto 2.1.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			de rayos x movil.		Convocante nos permita ofertar el equipo con una potencia de 40KW o mayor, ¿se acepta?	
2024	5274	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.5	Debemos entender que se refieren al brazo y que tendrá que tener un giro de al menos +/-90 grados o mayor, lo anterior para una mayor accesibilidad en las áreas ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5274, Respuesta: Es correcta su apreciación.
2025	5275	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31	42	Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil.	2.8	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que la capacidad de almacenamiento difiere debido al tamaño de las imágenes generadas por cada marca solicitamos se deba ofertar una capacidad de almacenamiento de al menos 16,000 imágenes o mayor ¿Se acepta?	Id DEM: 5275, Respuesta: Se acepta ofertar capacidad de almacenamiento interno de al menos 16,000 imágenes o mayor, como opción para el punto 2.8., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2026	6490	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	104	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.1.1	Dice: volumen corriente limite inferior 50 o menor. Pregunta: Dado que se solicita control sobre el volumen corriente para aplicación en modos para pacientes infantiles, este limite es insuficiente para atender pacientes de bajo peso. Por tanto el limite inferior debera ser de 20 ml o menor. Es correcto?	Id DEM: 6490, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1.1 Limite inferior 50 o menor, del numeral 2.3.1 Volumen corriente (ml), establecido en la presente convocatoria.
2027	5861	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	125	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.1.6	Se refiere la convocante a que el ventilador realice en 1, 2, 3, 4 (aceleración rampa) - (4 max. aceleración), ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5861, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en el numeral 2.3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión establecido en la presente convocatoria.
2028	4133	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	5	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.10	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO CON CONTROL Y AJUSTE DE PEEP/CPAP DE 2 CMH2OA 50 CMH2O, DONDE SE INCLUYE EL VALOR DE 0 COMO APAGADO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4133, Respuesta: Se acepta ofertar ajuste de PEEP/CPAP de 2 cmH2O a 50 cmH2O como opción para el punto 2.3.10 PEEP/CPAP (cmH2O), 2.3.10.1 Limite inferior: 1 o menor, 2.3.10.2 Limite superior: 35 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2029	6042	SERVICIOS DE	3	43	Ventilador	2.3.11.1	Se solicita a la convocante de la manera más atenta que con fines	Id DEM: 6042, Respuesta: Se acepta ofertar Limite inferior: 0

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.			adulto-pediátrico		de referenciado y para no limitar la libre participación, permita ofertar. Límite inferior: 0 o APAGADO. Ya que se trata de la misma función y no interfiere con la funcionalidad clínica del equipo. ¿Se acepta?	o APAGADO como opción para el punto 2.3.11.1 Límite inferior: 0 en referencia al punto 2.3.11.1 Límite inferior: 0 del numeral 2.3.11 Presión Soporte (PSV), Presión asistida o ASB (cmH2O), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2030	4386	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	35	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.11.1	Solicitamos amablemente a la convocante y con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría, nos permita ofertar un rango de presión soporte de 2 a 40 cmH2O; en caso negativo, nos permita referenciar el límite inferior de 0 con el mínimo del rango del PEEP (con rango de 0 a 50 cmH2O), considerando que la Presión soporte se compone con la suma de la PEEP más la Pimax, se acepta?	Id DEM: 4386, Respuesta: Se acepta ofertar un rango de presión soporte de 2 a 40 cmH2O como opción para el punto 2.3.11.1 Límite inferior: 0 en referencia al punto 2.3.11.1 Límite inferior: 0 en referencia al punto 2.3.11.1 Presión Soporte (PSV), Presión asistida o ASB (cmH2O), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2031	4387	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	36	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.11.2	Solicitamos amablemente a la convocante y con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría, nos permita ofertar un rango de presión soporte de 2 a 40 cmH2O; en caso negativo, nos permita referenciar el límite superior de 50 o mayor, en referencia al punto 2.3.11.2 Presión Soporte (PSV), rango del PI (con rango de 90 cmH2O), considerando que la Presión soporte se compone con la suma de la PEEP más la Pimax, se acepta?	Id DEM: 4387, Respuesta: Se acepta ofertar un rango de presión soporte de 2 a 40 cmH2O como opción para el punto 2.3.11.1 Límite inferior: 0 y 2.3.11.2 Límite superior: 50 o mayor, en referencia al punto 2.3.11.2 Presión Soporte (PSV), Presión asistida o ASB, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2032	6410	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	146	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.14	DICE SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO UMBRAL ESPIRATORIO CON SELECCIÓN MANUAL DEL UMBRAL ESPIRATORIO DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6410, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como umbral espiratorio con selección manual del umbral espiratorio de acuerdo a su nomenclatura, como opción para el punto 2.3.14 Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2033	6411	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	147	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.14	DICE SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y HACER REFERENCIA A ESTE PARÁMETRO COMO UMBRAL O SENSIBILIDAD ESPIRATORIA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6411, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como umbral espiratorio con selección manual del umbral espiratorio de acuerdo a su nomenclatura, como opción para el punto 2.3.14 Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2034	4336	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	51	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.14	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y hacer referencia a este punto como umbral espiratorio con selección manual espiratorio de acuerdo a nuestra nomenclatura ¿Se acepta?	Id DEM: 4336, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como umbral espiratorio con selección manual del umbral espiratorio de acuerdo a su nomenclatura, como opción para el punto 2.3.14 Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2035	6412	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	148	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.16	DICE: DICE AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE AJUSTE DE PENDIENTE DE CRECIMIENTO AUTOMÁTICO ACTIVO PARA TODAS LAS RESPIRACIONES BASADAS EN PRESIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 6412, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria.
2036	4337	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	52	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.16	Entendemos que para este punto el equipo debe tener la capacidad de ajuste de pendiente de crecimiento automático activo para todas las respiraciones basadas en presión, ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4337, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria.
2037	6043	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	4	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.16	Debemos entender que el ajuste de la rampa de presión, se modifica cuando se elige el % máximo de flujo que estará presente durante la fase inspiratoria de las respiraciones por presión. En el equipo ofertado, el % máximo de flujo puede ser modificado en el control "ciclo de flujo". Lo que es equivalente al ajuste rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa e incremento de la pendiente de presión. ¿Es correcto?	Id DEM: 6043, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.16 establecido en la presente convocatoria.
2038	4131	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	3	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.2.1, 2.3.2.2	CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES ANTE AFECTACIONES COMO VOLTURAUMAS, OCASIONADOS POR EXCEDER EL FLUJO INSPIRATORIO (BY -FLOW) DE AL MENOS 30 l/min, se alcanza un total de 150 l/min, como opción para los puntos 2.3.2.1 Limite inferior: 10 l/min, como opción para los puntos 2.3.2.2 Limite superior: 140 o mayor del numeral 2.3.2 Flujo inspiratorio o flujo adaptativo (l/min), sin ser afectada la aplicación de la terapia respiratoria en ninguna modalidad dado que, sumado al flujo residual (BIAS O BY -FLOW) DE AL MENOS 30 l/min, SE ALCANZA UN TOTAL DE 150 l/min, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4131, Respuesta: Se acepta ofertar valores de flujo de 2 a 120 l/min, dado que, sumado al flujo residual (BIAS O BY -FLOW) de al menos 30 l/min, se alcanza un total de 150 l/min, como opción para los puntos 2.3.2.1 Limite inferior: 10 l/min, como opción para los puntos 2.3.2.2 Limite superior: 140 o mayor del numeral 2.3.2 Flujo inspiratorio o flujo adaptativo (l/min), sin ser afectada la aplicación de la terapia respiratoria en ninguna modalidad dado que, sumado al flujo residual (BIAS O BY -FLOW) DE AL MENOS 30 l/min, SE ALCANZA UN TOTAL DE 150 l/min, ¿SE ACEPTA?
2039	6409	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	145	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.3	DICE PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y HACER REFERENCIA A ESTE PARÁMETRO COMO PRESIÓN LÍMITE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 6409, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA, ¿SE ACEPTA?	Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.3 Presión inspiratoria (cm H2O) establecido en la presente convocatoria.
2040	4335	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	50	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.3	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y hacer referencia a este parámetro como presión límite, de acuerdo a nuestra nomenclatura ¿Se acepta?	Id DEM: 4335, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.3 Presión inspiratoria (cm H2O) establecido en la presente convocatoria.
2041	6041	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	2	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.4.1	Se solicita a la convocante de la manera más atenta, que para no limitar la libre participación, permita ofertar. Límite inferior: 2 o menor. Ya que la mínima frecuencia respiratoria utilizada en pacientes adultos-pediátricos es 15 rpm. Por lo que, con un límite de 2 rpm se cumple con los requerimientos clínicos ¿Se acepta?	Id DEM: 6041, Respuesta: Se acepta ofertar Límite inferior: 2 o menor, como opción para el punto 2.3.4 Frecuencia respiratoria (rpm), 2.3.4.1 Límite inferior: 1 o menor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2042	4132	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	4	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.4.1, 2.3.4.2	¿SE PUEDE OFERTAR FRECUENCIA RESPIRATORIA PARA PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO DE 4 RPM COMO MÍNIMO A 100 RPM (MÁXIMO), SIN QUE ESTO SEA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES?	Id DEM: 4132, Respuesta: Se acepta ofertar Límite inferior: 4 rpm como mínimo a 100 rpm (máximo) como opción para el punto 2.3.4 Frecuencia respiratoria (rpm), 2.3.4.1 Límite inferior: 1 o menor y 2.3.4.2 Límite superior: 80 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2043	4388	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	37	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.5.15	¿Toda vez, que la traducción literal al español de la palabra loops es bucle, solicitamos a la convocante nos permita referenciar la característica marcada en este punto como Bucle, se acepta?	Id DEM: 4388, Respuesta: Se acepta referenciar la característica marcada el punto 2.5.15 Despliegue de al menos 2 lazos o loops, como Bucle, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2044	6487	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	101	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.5.16	Dice: capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas. Pregunta: ya que el tiempo efectivo para diagnóstico del paciente, tanto para terapia intensiva como para procedimientos de destete conlleva una evaluación de al menos 3 días continuos. Relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas, por lo que la especificación deberá ser de no menos de 72 horas. Es correcto?	Id DEM: 6487, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.16 Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.16 establecido en la presente convocatoria.
2045	6489	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	103	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.5.6	Dice: volumen minuto Pregunta: dentro de los modos ventilatorios. No se especifica el modo de ventilación ventilatoria minuto. Al ser requerido por la convocante se encuentra debidamente solicitados los parámetros de monitoreo de volumen minuto y descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el punto 2.5.6 Volumen minuto, del numeral 2.5 Parámetros de volumen espontáneo, será de suma utilidad para el intensivista el punto 2.5.6 Volumen minuto, del numeral 2.5 Parámetros	Id DEM: 6489, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el punto 2.5.6 Volumen minuto, del numeral 2.5 Parámetros

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2046	4134	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	6	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.6.1	contar con el control para programar este parámetro del cual ya se solicita su medición. Por tanto el equipo a ofertar deberá contar con ventilación mandatoria minuto y poder apoyar al paciente en este modo ventilatorio con presión de soporte. Es correcto?	monitoreados: favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.6 establecido en la presente convocatoria.
2047	6044	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	5	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.6.5	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, ¿SE PUEDE OFERTAR SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, AMBOS PRIORIZADOS EN ALTA Y BAJA PRIORIDAD, SIN QUE ESTO SEA RESTRICTIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES? Debemos entender que el valor de volumen minuto bajo se estima a través de la frecuencia respiratoria total, por lo que se podrá ofertar volumen minuto bajo y frecuencia respiratoria alta ello brindará mayor protección al paciente. ¿Es correcto?	Id DEM: 4134, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de alarmas audibles y visuales, ambos priorizados en alta y baja prioridad como opción para el punto 2.6.1 Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6044, Respuesta: Se acepta ofertar volumen minuto bajo y frecuencia respiratoria alta ello brindará mayor protección al paciente como opción para el numeral 2.6.5 Volumen minuto y/o corriente (alta y bajo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2048	6045	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	6	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.6.5	Es correcto entender que para cumplir con lo solicitado en este punto, se debe ofertar alarma de volumen minuto bajo y volumen corriente exhalado bajo. ¿Es correcto?	Id DEM: 6045, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.6.5 Volumen minuto y/o corriente (alta y bajo), del numeral 2.6 Alarmas; favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.5 establecido en la presente convocatoria.
2049	6046	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	7	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.6.7	Se solicita a la convocante de la manera más atenta, que con fines de referenciado y para no limitar la libre participación, permita ofertar FIO2 fuera de rango, la cual es una alarma que se activa cuando existe una desviación por arriba (FIO2 alta), o abajo (FIO2 baja) del valor establecido. ¿Se acepta?	Id DEM: 6046, Respuesta: Se acepta ofertar FIO2 fuera de rango, la cual es una alarma que se activa cuando existe una desviación por arriba (FIO2 alta), o abajo (FIO2 baja) del valor establecido para el punto 2.6.7 FIO2 alta y baja, del numeral 2.6 Alarmas; sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2050	5862	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	126	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.10.1	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones nuestra tecnología provee un sistema neumático con turbina interna que suministra aire del entorno al paciente que es filtrado por un filtro antipolvos y antipolen en la entrada, ¿Se acepta?	Id DEM: 5862, Respuesta: Se acepta ofertar un sistema neumático con turbina interna que suministra aire del entorno al paciente que es filtrado por un filtro antipolvos y antipolen en la entrada, como opción para el punto 2.7.10.1 Aire, del numeral 2.7 Características generales, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2051	6413	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	149	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.3	DICE SENSOR DE FLUJO REUSABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO: SENSOR DE FLUJO EL CUAL CUENTA CON AL MENOS UN METODO DE LIMPIEZA Y OPCIÓN PARA EL PUNTO 2.7.3 Sensor de flujo reusable del	Id DEM: 6413, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como sensor de flujo el cual cuenta con al menos un método de limpieza y esterilización, como opción para el punto 2.7.3 Sensor de flujo reusable del

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2052	4338	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	53	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.3	ESTERILIZACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y hacer referencia a este punto como: sensor de flujo el cual cuenta con al menos un método de limpieza y esterilización, como opción para el punto 2.7.3 Sensor de flujo reusable del numeral 2.7 Características generales, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 4338, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como sensor de flujo el cual cuenta con al menos un método de limpieza y esterilización, como opción para el punto 2.7.3 Sensor de flujo reusable del numeral 2.7 Características generales, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2053	6414	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	150	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.4	CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS Y EL TRIGGER O DISPARO POR FLUJO SE COMPENSARÁ AUTOMÁTICAMENTE PARA EL AJUSTE DE LA COMPENSACIÓN DE FUGA DEL FLUJO BASE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	Id DEM: 6414, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es referenciar el numeral 2.7.4 Con sistema de compensación de fugas, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.4 establecido en la presente convocatoria.
2054	4339	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	54	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.4	Entendemos que para este punto el equipo deberá contar con sistema de compensación de fugas y el trigger o disparo por flujo se compensará automáticamente para el ajuste de la compensación de fuga del flujo base, ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4339, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es referenciar el numeral 2.7.4 Con sistema de compensación de fugas, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.4 establecido en la presente Convocatoria.
2055	6488	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	102	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.5	Dice: batería de respaldo interna con 60 minutos de respaldo como mínimo. Pregunta: para efectos de traslado intra hospitalario inclusive una hora de autonomía resulta insuficiente en la presente cédula de descripción del artículo, en condiciones de espera o bien cuando el paciente debe asistir a algún tipo de examen adicional como rayos x. Por tanto la batería deberá poder suministrar autonomía al equipo por lo menos 150 minutos. Tiempo suficiente para cualquier maniobra de emergencia. Es correcto?	Id DEM: 6488, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.5 Batería de respaldo interna, con duración de 60 minutos de respaldo como mínimo, por lo que la batería deberá poder suministrar autonomía al equipo por lo menos 150 minutos. Tiempo suficiente para cualquier maniobra de emergencia. Es correcto?
2056	6418	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	154	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.11	DICE: DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO (DIÁMETRO INTERNO: 15MM), LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUAS) (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO). PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 20 CIRCUITOS DESECHABLES DE PVC GRADO MÉDICO LIBRES DE LÁTEX QUE INCLUYE ADAPTADORES,	Id DEM: 6418, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2057	6419	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	155	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.12	CONECTORES, RAMA CALIENTE Y TRAMPA DE AGUA INDICANDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO, ¿SE ACEPTA? DICE: CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE (PEDIÁTRICO-NEONATAL (NO UNIVERSAL) (DOS PIEZAS) (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA NOS PERMITA OFERTAR VEINTE (20) CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES ADULTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 380 ML, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6419, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2058	6415	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	151	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.2	DICE: REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO: ENTRADA DE ALTA PRESIÓN DE AIRE Y OXÍGENO CON REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO), ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6415, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2. Reguladores de presión integrados para el suministro de gases (indicar marca, modelo y/o número de catálogo) establecido en la presente convocatoria.
2059	6416	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	152	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.3	DICE: DOS CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES (DIÁMETRO INTERNO: 22MM), LIBRES DE LATEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA NOS PERMITA OFERTAR VEINTE (20) CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE ADULTO DE PVC GRADO MÉDICO LIBRES DE LATEX QUE INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES, RAMA CALIENTE Y TRAMPA DE AGUA INDICANDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6416, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2060	6417	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	153	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.4	DICE: CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE ADULTO (DOS PIEZAS) (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA NOS PERMITA OFERTAR VEINTE (20) CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES ADULTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 380 ML, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6417, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2061	6047	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	8	43	Ventilador adulto-pediátrico	5.2.2	Es correcto entender que un ventilador destinado al cuidado de pacientes en estado crítico debe contar con su propio suministro de aire a través de una compresor o turbina para brindar seguridad al paciente en caso de un corte en el suministro de las tomas de aire de la unidad médica; además debe tener la capacidad de realizar traslados intrahospitalarios, por lo que el uso de oxígeno de baja presión será una opción imprescindible. ¿Es correcto?	Id DEM: 6047, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es referenciar el punto 5.2.2 Aire., favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 5 Instalación; y 5.2 Neumática, establecido en la presente convocatoria.
2062	5187	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	3	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.10, 2.7.10.1, 5.2, 5.2.2	PREGUNTA: Debemos entender por este punto que la convocante solicita que el equipo a ofertar debe contar con suministro de gases de aire y oxígeno de toma mural y de acuerdo con que hay tecnologías que solo utilizan una toma de oxígeno y ahorran la toma de aire que luego el personal médico lo usa para el aspirado de secreciones. Se puede ofertar auto suministro de aire a través de toma mural o turbina. ¿Es correcto?	Id DEM: 5187, Respuesta: Se acepta ofertar equipo que cuente con auto suministro de aire a través de toma mural o turbina, como opción para los numerales 2.7 Características generales, 2.7.10 Suministro de gases desde toma mural, 2.7.10.1 Aire, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2063	3599	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	11	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.4, 2.3.4.1	Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante, permita ofertar. Limite inferior: 2 o menor, teniendo en cuenta que la mínima frecuencia respiratoria utilizada en pacientes adultos-pediátricos es 15 rpm. Por lo que, con un límite de 2 rpm se cumple con los requerimientos clínicos. ¿Se acepta?	Id DEM: 3599, Respuesta: Se acepta ofertar Limite inferior: 2 o menor, como opción para el punto 2.3.4 Frecuencia respiratoria (rpm), 2.3.4.1 Limite inferior: 1 o menor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2064	6048	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	9	43	Ventilador adulto-pediátrico	Ninguno	Creemos que existe un error en la cédula, entre los puntos 2.7.8 y 2.7.10 hace falta el 2.7.9 que refiere al "Sistema de auto suministro de aire", que ha estado presente en eventos anteriores. Siendo una característica importante y previendo la falla del suministro de las líneas de aire en el hospital, solicitamos a la convocante considerar este punto como característica a ofertar dentro de la cédula, así como entregar la referencia correspondiente de cumplimiento en las propuestas técnicas que se hagan para los equipos de los licitantes. ¿Es correcto?	Id DEM: 6048, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2065	6239	VIASIS, S.A. DE C.V.	119	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.2.3	Solicitamos a la convocante considere un tamaño de pantalla de 12" pulgadas o mayor, lo anterior para poder desplegar todos los parámetros ventilatorios y las curvas solicitadas de una manera distribuida para que el personal médico pueda evaluar las curvas y los parámetros muy claros y pueda tomar decisiones más rápidas, ¿se acepta?	Id DEM: 6239, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.2.3 Tamaño mínimo de 10" (25 cm) o mayor, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2066	6241	VIASIS, S.A. DE C.V.	121	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.12	Solicitamos a la convocante nos confirme si al ofertar cualquiera de las tecnologías descritas en el punto, éstas no deberán ofertar cualquiera de las tecnologías descritas en la modificar los parámetros ventilatorios de presión en vías aéreas ni presente cédula de descripción del artículo en el numeral	Id DEM: 6241, Respuesta: Es correcta su apreciación, se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
							FIO2, ¿es correcto?	2.3.12 Salida para nebulizador o nebulizador sincrónico, ultrasónico o eléctrico, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.12 establecido en la presente convocatoria.
2067	6240	VIASIS, S.A. DE C.V.	120	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.6	Entendemos que mediante esta función el objetivo es determinar los parámetros de mecánica pulmonar, tales como Distensibilidad Pulmonar (CL) y Resistencia en vías aéreas, ¿es correcto?	Id DEM: 6240, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es referenciar el numeral 2.3.6 Con meseta inspiratoria, de Plateau o pausa inspiratoria, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6 establecido en la presente convocatoria.
2068	6242	VIASIS, S.A. DE C.V.	122	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.4.6	Para que un equipo cuente con las herramientas necesarias para un retiro exitoso de ventilación mecánica No Invasiva, entendemos que el equipo deberá detectar de modo automático la sensibilidad del esfuerzo de paciente y la cantidad de fuga que hay presente en la mascarilla, lo anterior para que el paciente tenga mayor confort, ¿se acepta?	Id DEM: 6242, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.6 Ventilación No Invasiva establecido en la presente convocatoria.
2069	6243	VIASIS, S.A. DE C.V.	123	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.5.16	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un sistema con capacidad de enviar o transmitir los parámetros ventilatorios seleccionados a un sistema externo -- monitor de signos vitales o central de monitoreo, ¿se acepta?	Id DEM: 6243, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.16 establecido en la presente convocatoria.
2070	6244	VIASIS, S.A. DE C.V.	124	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.4	Entendemos que el sistema de compensación de fugas deberá ser de manera automática para ventilación Invasiva y No Invasiva, ¿es correcto?	Id DEM: 6244, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es referenciar el numeral 2.7.4 Con sistema de compensación de fugas, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.4 establecido en la presente convocatoria.
2071	5983	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	52	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.12	Se pide a la convocante si ¿En este punto el equipo debe tener la capacidad de poder utilizar un nebulizador, ya sea sincrónico, ultrasónico o eléctrico?	Id DEM: 5983, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere para el numeral 2.3.12 Salida para nebulizador o nebulizador sincrónico, ultrasónico o eléctrico, por lo que el equipo a ofertar debe contar con la capacidad de utilizar un nebulizador o nebulizador sincrónico, ultrasónico o eléctrico.
2072	5921	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,	33	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y HACER REFERENCIA A ESTE PARÁMETRO COMO: UMBRAL O SENSIBILIDAD ESPIRATORIA, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5921, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como umbral o sensibilidad espiratoria, como opción para el punto 2.3.14 Sensibilidad

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2073	5920	S.A. DE C.V.	32	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO UMBRAL ESPIRATORIO CON SELECCIÓN MANUAL DEL UMBRAL ESPIRATORIO DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA ¿SE ACEPTA?	espiratoria o terminación de la fase inspiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5920, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como umbral espiratorio con selección manual del umbral espiratorio de acuerdo a su nomenclatura, como opción para el punto 2.3.14 Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2074	5922	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	34	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.16	EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE AJUSTE DE PENDIENTE DE CRECIMIENTO AUTOMÁTICO ACTIVO PARA TODAS LA RESPIRACIONES BASADAS EN PRESIÓN, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 5922, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria.
2075	5919	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	31	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y HACER REFERENCIA A ESTE PARÁMETRO COMO PRESIÓN LÍMITE, DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5919, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.3 Presión inspiratoria (cm H2O) establecido en la presente convocatoria.
2076	5982	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	51	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.3.7	Se pide a la convocante de la manera más amable ¿Podemos recomendar que la pausa respiratoria es equivalente a que el equipo tenga la capacidad de tener una tecla que al mantener presionada (los segundos que sea necesario) se permita al paciente exhalar, y que en ese momento se cierren las válvulas de inspiración y exhalación, evitando el flujo al paciente y permitir mediciones de la presión?	Id DEM: 5982, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2077	5984	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	53	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.4.6	Se pide a la convocante si ¿El equipo debe de tener la capacidad de ofertar modos puramente no invasivos como CPAP y ST (BIPAP) y poder compensar fugas automáticamente mayores a 100 L/min y detectar la sensibilidad inspiratoria automáticamente para una mejor sincronía ventilador-paciente?	Id DEM: 5984, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, el licitante deberá ofertar un equipo que atienda a la descripción solicitada en el numeral 2.4.6 Ventilación No Invasiva en la presente convocatoria.
2078	5985	PRODUCTOS Y	54	43	Ventilador	2.5.11	Se pide a la convocante si ¿El indicador de la batería debe	Id DEM: 5985, Respuesta: No es correcta su apreciación.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.			adulto-pediátrico		mostrar las horas y minutos restantes de la batería interna?	requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.11 Indicador de batería de respaldo en uso, establecido en la presente convocatoria.
2079	5923	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	35	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO: SENSOR DE FLUJO EL CUAL CUENTA CON AL MENOS UN METODO DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5923, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como sensor de flujo el cual cuenta con al menos un método de limpieza y esterilización, como opción para el punto 2.7.3 Sensor de flujo reusable del numeral 2.7 Características generales, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2080	5924	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	36	43	Ventilador adulto-pediátrico	2.7.4	¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS Y EL TRIGGER O DISPARO POR FLUJO SE COMPENSARA AUTOMATICAMENTE PARA EL AJUSTE DE LA COMPENSACIÓN DE FUGA DEL FLUJO BASE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 5924, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es referenciar el numeral 2.7.4. Con sistema de compensación de fugas favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.4 establecido en la presente Convocatoria.
2081	5928	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	40	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.11	CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONIAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 20 CIRCUITOS DESECHABLES DE PVC GRADO MÉDICO LIBRES DE LATEX QUE INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES, RAMA CALIENTE Y TRAMPA DE AGUA INDICANDO MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO, SE ACEPTA?	Id DEM: 5928, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2082	4343	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	58	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.11	Con la finalidad de disminuir las Neumonias Asociadas a Ventilación Mecánica solicitamos a la convocante nos permita ofertar 20 circuitos desechables de PVC grado médico libres de látex que incluye adaptadores, conectores, rama caliente y trampa de agua indicando marca, modelo y/o número de catálogo, se acepta?	Id DEM: 4343, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2083	4344	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	59	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.12	Con la finalidad de disminuir las Neumonias Asociadas a Ventilación Mecánica solicitamos a la convocante nos permita ofertar veinte (20) cámaras de humidificación desechables adulto con capacidad de al menos 380 ml, ¿se acepta?	Id DEM: 4344, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2084	5929	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	41	43	Ventilador adulto-	3.12	CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONIAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA NOS PERMITA	Id DEM: 5929, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		CORRECTIVO, S.A. DE C.V.			pediátrico		OFERTAR VEINTE (20) CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES ADULTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 380 ML, ¿SE ACEPTA?	
2085	5925	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	37	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO: ENTRADA DE ALTA PRESIÓN DE AIRE Y OXÍGENO CON COLECTORES DE AGUA EN EL PANEL POSTERIOR DEL EQUIPO INDICANDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5925, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Reguladores de presión integrados para el suministro de gases (indicar marca, modelo y/o número de catálogo) establecido en la presente convocatoria.
2086	4340	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	55	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.2	Solicitamos a la convocante nos permita hacer referencia a este punto como: Entrada de alta presión de aire y oxígeno con colectores de agua en el panel posterior del equipo indicando marca, modelo y/o número de catálogo, ¿se acepta?	Id DEM: 4340, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Reguladores de presión integrados para el suministro de gases (indicar marca, modelo y/o número de catálogo) establecido en la presente convocatoria.
2087	4341	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	56	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.3	Con la finalidad de disminuir las Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica solicitamos a la convocante nos permita ofertar veinte (20) circuitos desechables de paciente adulto de PVC grado médico libres de látex que incluye adaptadores, conectores, rama caliente y trampa de agua indicando marca, modelo y/o número de catálogo, ¿se acepta?	Id DEM: 4341, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2088	5926	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	38	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.3	CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA NOS PERMITA OFERTAR VEINTE (20) CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE ADULTO DE PVC GRADO MÉDICO LIBRES DE LÁTEX QUE INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES, RAMA CALIENTE Y TRAMPA DE AGUA INDICANDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO, SE ACEPTA?	Id DEM: 5926, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2089	5927	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	39	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.4	CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA NOS PERMITA OFERTAR VEINTE (20) CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES ADULTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 380 ML, SE ACEPTA?	Id DEM: 5927, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2090	4342	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	57	43	Ventilador adulto-pediátrico	3.4	Con la finalidad de disminuir las Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica solicitamos a la convocante nos permita	Id DEM: 4342, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			pediátrico		ofertar veinte (20) cámaras de humidificación desechables adulto con capacidad de al menos 380 ml, ¿se acepta?	
2091	4334	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	49	43	Ventilador adulto-pediátrico	Sin punto	¿Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y referenciar una tecnología superior a lo requerido, se acepta?	Id DEM: 4334, Respuesta: Se acepta, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante, haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones y superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el numeral 4.1.1. de la Convocatoria y el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria.
2092	5918	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	30	43	Ventilador adulto-pediátrico	SIN PUNTO	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LO REQUERIDO, SE ACEPTA?	Id DEM: 5918, Respuesta: Se acepta, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante, haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones y superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el numeral 4.1.1. de la Convocatoria y el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria.
2093	6408	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	144	43	Ventilador adulto-pediátrico	SIN PUNTO	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LO REQUERIDO, SE ACEPTA?	Id DEM: 6408, Respuesta: Se acepta, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante, haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones y superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el numeral 4.1.1. de la Convocatoria y el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria.
2094	6491	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	105	43	Ventilador adulto-pediátrico	Sin referencia	Pregunta: no se especifica la programación de ventilación por peso corporal ideal. Entendemos que como herramienta de rápida puesta en marcha del equipo, deberá contar con dicha herramienta. Es correcto?	Id DEM: 6491, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2095	6492	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	106	43	Ventilador adulto-pediátrico	Sin referencia	Pregunta: si bien se menciona dentro de la ficha las compensaciones de volumen por fuga en el circuito y en el tubo endotraqueal, no se especifican las correcciones de volumen según diferentes variables. Por tanto cuando menos el equipo debe ser capaz de corregir el volumen entregado al paciente de acuerdo a la altitud y a la temperatura (btps). Es correcto?	Id DEM: 6492, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2096	5863	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	127	44	Ventilador adulto-pediátrico	2.2.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con un Teclado lateral para acceso rápido a las funciones y acceso rápido a las funciones y codificador para: selección, ajuste y confirmación de los	Id DEM: 5863, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia permitiendo el acceso rápido a las funciones y confirmación de los

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					neonatal		y confirmación de los parámetros respiratorios fisiológicos selección y activación directa de funciones sin que esto deteriore el funcionamiento y monitoreo de parámetros, ¿Se acepta?	parámetros respiratorios fisiológicos selección y activación directa de funciones, como opción para el punto 2.2.1 Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED; sensible al tacto, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2097	6420	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	156	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.1.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE DE 5 ML PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6420, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1.1 Límite inferior: 2 o menor, del numeral 2.3 Controles y ajustes de:, establecido en la presente convocatoria.
2098	5865	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	129	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.11	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia PS (presión de soporte) De 2 a 80 cmH2O (PSV - V SIMV+PS, P SIMV+PS), ¿Se acepta?	Id DEM: 5865, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia PS (presión de soporte) De 2 a 80 cmH2O (PSV - V SIMV+PS, P SIMV+PS), como opción para el punto 2.3.11 Presión Soporte (PSV), Presión asistida o ASB (cmH2O); 2.3.11.1 Límite inferior: 0, 2.3.11.2 Límite superior: 60 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2099	5465	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	157	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.12	Entendemos que se puede ofertar ventilador con la capacidad de compensar la introducción de flujo adicional de un nebulizador neumático en el circuito del paciente, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5465, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2100	4310	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	25	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.2.1	Debemos entender que el equipo deberá contar con un flujo inspiratorio o flujo adaptativo de 1 o menor para poder entregar el flujo mínimo posible a los pacientes neonatales.	Id DEM: 4310, Respuesta: No es correcto que el equipo deberá contar con un flujo inspiratorio o flujo adaptativo de 1 o menor para poder entregar el flujo mínimo posible a los pacientes neonatales, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2.1 establecido en la presente convocatoria.
2101	5864	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	128	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.4, 2.3.4.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia Frecuencia ventilatoria V-SIMV e P-SIMV De 1 a 60 bpm y Frecuencia in VC/VAC De 4 a 150 rpm, como opción para el punto 2.3.4 Frecuencia respiratoria 2.3.4.1 Límite inferior: 3 o menor, 2.3.4.2 Límite superior: 150 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 5864, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia Frecuencia ventilatoria V-SIMV e P-SIMV De 1 a 60 bpm y Frecuencia in VC/VAC De 4 a 150 rpm, como opción para el punto 2.3.4 Frecuencia respiratoria 2.3.4.1 Límite inferior: 3 o menor, 2.3.4.2 Límite superior: 150 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2102	5464	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	156	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.7	Se solicita a la convocante nos permita ofertar ventilador con pausa espiratoria de 0, 2 s o mayor; referenciando CERO como OFF, apagado o inactivo. ¿Se acepta?	Id DEM: 5464, Respuesta: Se acepta ofertar ventilador con pausa espiratoria de 0, 2 s o mayor; referenciando CERO como OFF, apagado o inactivo, como opción para el punto 2.3.7 Pausa espiratoria de 0 a 2 s o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2103	4311	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4	Para tener mayor información y mejorar la toma de decisiones en el tratamiento del paciente se deberá considerar un modo ventilatorio que apoye a la sincronía con el paciente que incrementa la presión de las vías respiratorias en proporción al esfuerzo espontáneo del paciente, monitorizando de manera continua el flujo inspiratorio y el volumen pulmonar. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4311, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 establecido en la presente convocatoria.
2104	4312	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4	Para tener mayor información y mejorar la toma de decisiones en el tratamiento del paciente se deberá considerar un modo ventilatorio que muestre gráficamente estimaciones de presión pulmonar, distensibilidad y resistencia del paciente; resistencia total, esfuerzo inspiratorio total, esfuerzo inspiratorio del paciente, esfuerzo elástico inspiratorio y esfuerzo de resistencia en la inspiración para que el personal médico cuente con mayor información del paciente durante el destete ventilatorio. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4312, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 establecido en la presente convocatoria.
2105	6423	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	159	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4.10	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR RESPIRACIÓN HIBRIDO CON CONTROL DE PRESIÓN ALCANZANDO UN VOLUMEN OBJETIVO AJUSTADO POR EL USUARIO UTILIZANDO EL NIVEL DE CONTROL DE PRESIÓN MAS BAJO VTVC; YA QUE ESTO CUMPLE CON LA CARACTERISTICA SOLICITADA, NOS PERMITE MANTENER UNA PRESIÓN BAJA PARA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6423, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.10 Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclada por tiempo y limitado en presión o TCPLV, establecido en la presente convocatoria.
2106	5866	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	130	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4.10, 2.4.11	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia VC / VAC BABY Ventilación controlada de volumen sincronizada con el paciente si está activo el trigger inspiratorio para neonatos y prematuros. ¿Se acepta?	Id DEM: 5866, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia VC / VAC BABY Ventilación controlada de volumen sincronizada con el paciente si está activo el trigger inspiratorio para neonatos y prematuros, como opción para el punto 2.4.10 Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclada por tiempo y limitado en presión o TCPLV y 2.4.11 Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte, toda vez que demuestre el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2107	6424	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	160	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4.11	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR RESPIRACIÓN HÍBRIDO CON CONTROL DE PRESIÓN ALCANZANDO UN VOLUMEN OBJETIVO AJUSTADO POR EL USUARIO UTILIZANDO EL NIVEL DE CONTROL DE PRESIÓN MÁS BAJO VTTPC, YA QUE ESTO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, NOS PERMITE MANTENER UNA PRESIÓN BAJA PARA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS MODOS DE VENTILACIÓN: ASISTO-CONTROL, SIMV Y VENTILACIÓN CON PRESIÓN SOPORTE. ¿SE ACEPTA?	cumplimiento de lo establecido en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6424, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.11 Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte, establecido en la presente convocatoria.
2108	6421	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	157	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4.6	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR RESPIRACIÓN HÍBRIDO CON CONTROL DE PRESIÓN ALCANZANDO UN VOLUMEN OBJETIVO AJUSTADO POR EL USUARIO UTILIZANDO EL NIVEL DE CONTROL DE PRESIÓN MÁS BAJO VTTPC, YA QUE ESTO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6421, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.6 Ventilación regulada por presión y con garantía en volumen manual o automática en asisto/control y SIMV (Volumen Garantizado, Autotflow, PRVC, Ventilación de Volumen Plus, APV o Vsync), establecido en la presente convocatoria.
2109	6422	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	158	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4.8	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EN MODO SPONT, VENTILACIÓN DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN BIFÁSICA, YA QUE CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6422, Respuesta: Se acepta ofertar en modo spont ventilación de liberación de presión bifásica, como opción para el punto 2.4.8 Respiración espontánea en dos niveles de presión (BILEVEL, BIFÁSICO o DuoPAP o Bi-Vent o BiPAP) y ventilación con liberación de presión en vías aéreas (APRV), toda vez que demuestre el cumplimiento de lo establecido en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2110	4313	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	28	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4.9	Se solicita a la convocante nos permita ofertar y referenciar este punto como: modalidad que otorgue al paciente un volumen soporte o apoyo de volumen durante la ventilación espontánea. Lo durante la ventilación espontánea, como opción para el punto 2.4.9 Con garantía o límite de volumen para CPAP, ventilación espontánea o presión soporte o ASV, toda vez que cumpla lo establecido en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás	Id DEM: 4313, Respuesta: Se acepta ofertar modalidad que otorgue al paciente un volumen soporte o apoyo de volumen durante la ventilación espontánea, como opción para el punto 2.4.9 Con garantía o límite de volumen para CPAP, ventilación espontánea o presión soporte o ASV, toda vez que cumpla lo establecido en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2111	5867	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	131	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.20, 2.5.21, 2.5.24	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia la posibilidad de actualizar el software para implementar nuevas modalidades y estrategias ventilatorias de última generación, ¿Se acepta?	licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5867, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere las características de la actualización de software para implementar nuevas modalidades y estrategias ventilatorias de última generación a ofertar conforme a lo solicitado en los numerales 2.5.15 Cálculo de índice FVT o índice de respiración rápida y superficial (RSB), 2.5.16 Cálculo de índice de presión tiempo (TIT/Total), máxima presión inspiratoria (MIP), fuerza inspiratoria negativa (NIF) o producto presión tiempo (PTP), 2.5.17 Cálculo del trabajo respiratorio o presión traqueal, 2.5.20 Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen vs. Presión, 2.5.21 Despliegue de curvas de presión transpulmonar o presión esofágica o presión traqueal o Edi, 2.5.24 Cálculo del índice P0.1 o P100, requeridos por la convocante y que se encuentran debidamente descritos en la presente cédula de descripción del artículo.
2112	4317	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	32	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.20	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y hacer referencia a este punto como: capacidad para seleccionar los puntos en el bucle de volumen-presión utilizando la perilla selectora, para hacer referencia a los puntos de inflexión de acuerdo a lo solicitado en bases. ¿Se acepta?	Id DEM: 4317, Respuesta: Se acepta ofertar capacidad para seleccionar los puntos en el bucle de volumen-presión utilizando la perilla selectora, para hacer referencia a los puntos de inflexión como opción para el punto 2.5.20 Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen vs. Presión, solicitado en el numeral 2.5. Parámetros monitorizados, establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2113	4318	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	33	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.21	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y hacer referencia a este punto como: despliegue del trazado de la presión pulmonar o transpulmonar y adicional muestre de trabajo respiratorio del paciente y trabajo total con indicadores de los componentes elásticos y resistivos para que el médico cuente con mayor información clínica durante la respiración del paciente. ¿Se acepta?	Id DEM: 4318, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como: despliegue del trazado de la presión pulmonar o transpulmonar y adicional muestre de trabajo respiratorio del paciente y trabajo total con indicadores de los componentes elásticos y resistivos para que el médico cuente con mayor información clínica durante la respiración del paciente, como opción para el punto 2.5.21 Despliegue de curvas de presión transpulmonar o presión esofágica o presión traqueal o Edi sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2114	6049	SERVICIOS DE	10	44	Ventilador	2.5.21	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar como opción a lo	Id DEM: 6049, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-EB-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2115	4352	OURUX, S.A. DE C.V.	7	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.21	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR EL POR QUÉ LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES AL SOLICITAR UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DEL VENTILADOR NAVA DE LA MARCA MAQUET, TODA VEZ QUE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO (541.941.0980) UTILIZADA PARA ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA EN CUESTIÓN, NO HACE MENCIÓN DE ESTA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD? POR LO TANTO, ¿SE PUEDE OFERTAR EL PUNTO DE REFERENCIA COMO UNA CAPACIDAD OPCIONAL Y NO OBLIGATORIA DEL EQUIPO?	Id DEM: 4352, Respuesta: En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados" Por lo que lo solicitado en el punto 2.5.21 Despliegue de curvas de presión transpulmonar o presión esofágica o presión traqueal o Edi, establecido en la presente convocatoria.
2116	4135	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	7	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.21	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES Y TODA VEZ QUE EL REQUERIR "DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRANSPULMONAR O PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN TRAQUEAL O EDI" CORRESPONDE A UNA CARACTERÍSTICA DE LA VENTILACIÓN NAVA (VENTILACIÓN NEURONAL) DE UNA MARCA ESPECÍFICA EN EL MERCADO, Y AUNADO AL HECHODE QUE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y USO DE ESTA CARACTERÍSTICA SE REQUIERE DE UN SENSOR ESOFÁGICOQUE LA CONVOCANTE NO SOLICITA EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO (POR LO QUE DICHA CARACTERÍSTICAQUEDARIA EN DESUSO), POR ELLO ADEMÁS DE NO SER UN BENEFICIO DECISIVO PARA EL PACIENTE, ESTE INCREMENTA EL PRECIO DEL EQUIPO. POR ESTE MOTIVO, ¿SE PUEDE OFERTAR EL PUNTO DE	Id DEM: 4135, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.21 Despliegue de curvas de presión transpulmonar o presión esofágica o presión traqueal o Edi, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2117	4319	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	34	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.22	REFERENCIA COMO "OPCIONAL" SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN? Solicitamos a la convocante que para tener un mejor seguimiento del paciente incluso durante el fin de semana el equipo deba contar con un tiempo de tendencias de 72 horas para que el médico cuente con suficiente información de lo ocurrido. ¿Se acepta?	Id DEM: 4319, Respuesta: Se acepta ofertar capacidad de guardar tendencias de al menos 72 horas, toda vez que sean eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados, como opción para el punto 2.5.22 Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2118	4136	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	8	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.22	SE ENTIENDE QUE EL OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE HASTA 5000 EVENTOS O 4 SEMANAS COMO MÍNIMO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TODO VEZ QUE SE ENTIENDE QUE EL HECHO DE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN ESTA CONVOCATORIA SERÁ CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 4136, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante, haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones y superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el numeral 4.1.1. de la Convocatoria y el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria.
2119	4320	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	35	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.23	Entendemos que para este punto el equipo deberá contar con mayor información clínica, ofrecer el porcentaje y el volumen de fugas para mantener un mayor control sobre las mismas y así evitar asincronías en los pacientes por fugas. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4320, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.23 Porcentaje o volumen de fugas.
2120	4314	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	29	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.6	Se solicita a la convocante nos pueda aclarar si este punto se refiere al volumen minuto exhalado total y volumen minuto espontáneo.	Id DEM: 4314, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere la monitorización del volumen minuto total y volumen minuto espontáneo para el numeral 2.5.6 en la presente cédula de descripción del artículo, por lo cual se le pide atender a la descripción señalada en el numeral 2.5.6 Volumen minuto total y espontáneo.
2121	4315	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	30	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.6	Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante en nuestro caso VETOT (Volumen minuto exhalado total) y VESPOINT (Volumen minuto espontáneo).	Id DEM: 4315, Respuesta: Se acepta ofertar VETOT (Volumen minuto exhalado total) y VESPOINT (Volumen minuto espontáneo, como opción para el punto 2.5.6 Volumen minuto total y espontáneo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2122	4316	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	31	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.9	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y hacer referencia a este punto como volumen corriente (VT) y volumen corriente espirado (VTE) del paciente. Se acepta?	Id DEM: 4316, Respuesta: Se acepta ofertar volumen corriente (VT) y volumen corriente espirado (VTE), como opción para el punto 2.5.9 Volumen corriente inspirado y espirado, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2123	4137	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	9	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.6.1	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, ¿SE PUEDE OFERTAR SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, AMBOS PRIORIZADOS EN ALTA Y BAJA PRIORIDAD, SIN QUE ESTO SEA RESTRICTIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES?	de esta manera. Id DEM: 4137, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de alarmas audibles y visuales, ambos priorizados en alta y baja prioridad, como opción para el punto 2.6.1 Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2124	5466	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	158	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.10	Se solicita a la convocante considere como opcional el sistema de auto suministro de aire, ya que esto encarece los costos de adquisición y mantenimiento de los equipos, teniendo en cuenta que la red de gases hospitalaria suministra gases medicinales (oxígeno y aire) ¿Se acepta?	Id DEM: 5466, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2125	5868	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	132	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.10	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones nuestra tecnología provee un sistema neumático con turbina interna que suministra aire del entorno al paciente que es filtrado por un filtro antipolvos y antipolen en la entrada, ¿Se acepta?	Id DEM: 5868, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2126	4139	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	11	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.10	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL, CON SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE OXIGENO Y AIRE DIRECTO DESDE LA TOMA MURAL DE GASES MEDICINALES, SIN REQUERIR SISTEMA DE AUTO SUMINISTRO DE AIRE LO CUAL ENCARECE LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. O BIEN, QUE EL OFERTAR SISTEMA DE AUTO SUMINISTRO DE AIRE SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE SEA CONSIDERADO COMO "OPCIONAL" Y NO OBLIGATORIA DEL EQUIPOSIN QUE ESTO SEA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4139, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2127	4321	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	36	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.3	Se solicita a la convocante nos permita ofertar y referenciar mostrando en e diagrama del ventilador un sensor de flujo interno y reusable. ¿Se Acepta?	Id DEM: 4321, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2. el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.
2128	4322	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	37	44	Ventilador adulto-	2.7.5	Para este punto entendemos que considerando que los pacientes en ventilación mecánica dependen de la efectividad de la entrega requerido por la convocante se encuentra debidamente	Id DEM: 4322, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			pediátrico neonatal		del volumen programado se deberá ofrecer un sistema de compensación de fugas que evite la pérdida de PEEP para evitar el colapso alveolar y caída de la línea base durante la ventilación y 2.7.5 Con sistema de compensación de fugas, se deberá pueda ser utilizada en ventilación invasiva y no invasiva en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
2129	4138	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	10	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.9	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SISTEMA DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL POR MEDIO DE PERILLA, ADEMÁS DE LA PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4138, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de selección y ajuste de valores de todos los parámetros de control por medio de perilla, además de la pantalla sensible al tacto, como opción para el punto 2.7.9 Sistema de selección y ajuste de los valores de todos los parámetros de control, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2130	5471	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	163	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.12	Se solicita a la convocante nos permita entregar 10 circuitos de paciente pediátrico desechables incluida la cámara de humidificación, en lugar de dos circuitos de paciente pediátricos reusables, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y los costos del reuso. ¿Se acepta?	Id DEM: 5471, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2131	4140	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	12	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.12	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR SI SOLICITAN CIRCUITOS REUSABLES O DESECHABLES?	Id DEM: 4140, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2132	4323	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	38	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.2	Se solicita a la convocante que este punto sea posible referenciar y ofertar los reguladores de presión integrados mostrándolos de manera directa en un diagrama del ventilador. ¿Se Acepta?	Id DEM: 4323, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.
2133	5467	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	159	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.3	Se solicita a la convocante nos permita entregar 10 circuitos de paciente adulto desechables incluida la cámara de humidificación, en lugar de dos circuitos reusables; disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y los costos del reuso. ¿Se acepta?	Id DEM: 5467, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2134	4324	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	39	44	Ventilador adulto-pediátrico	3.3	Con la finalidad de disminuir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar a cambio de los dos circuitos de paciente adulto	Id DEM: 4324, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2135	4325	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	40	44	neonatal	3.4	reusables, 20 circuitos desechables adulto de 22mm de diámetro libres de látex que incluyen los adaptadores, conectores y trampas de agua indicando marca, modelo y número de catálogo. ¿Se Acepta? Con la finalidad de disminuir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar a cambio de los dos circuitos de paciente neonatal reusables, 20 circuitos desechables neonatales de 10mm de diámetro libres de látex que incluyen los adaptadores, conectores y trampas de agua indicando marca, modelo y número de catálogo. ¿Se Acepta?	Id DEM: 4325, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2136	5468	GE SISTEMAS MEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	160	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.4	Se solicita a la convocante nos permita entregar 10 circuitos de paciente neonatal desechables incluida la cámara de humidificación, en lugar de dos circuitos reusables, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y los costos del reuso. ¿Se acepta?	Id DEM: 5468, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2137	5469	GE SISTEMAS MEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	161	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.5	Se solicita a la convocante nos permita entregar 10 circuitos de paciente adulto desechables incluida la cámara de humidificación, en lugar de dos cámaras de humidificación adulto reusables, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y los costos del reuso. ¿Se acepta?	Id DEM: 5469, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2138	4326	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	41	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.5	Con la finalidad de disminuir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar a cambio de los las cámaras de humidificación reusable adulto 20 cámaras de humidificación adulto desechables incluidas cada una en un circuito de los ofrecidos en el punto 3.3. ¿Se Acepta?	Id DEM: 4326, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2139	5470	GE SISTEMAS MEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	162	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.6	Se solicita a la convocante nos permita entregar 10 circuitos de paciente pediátrico desechables incluida la cámara de humidificación, en lugar de dos cámaras de humidificación pediátrico-neonatal reusables, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y los costos del reuso. ¿Se acepta?	Id DEM: 5470, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2140	4327	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	42	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	3.6	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar a cambio de los las cámaras de humidificación reusable pediátrico-neonatal 20 cámaras de humidificación neonatales desechables incluidas cada una en un circuito de los ofrecidos en el punto 3.4. ¿Se Acepta?	Id DEM: 4327, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2141	6050	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	11	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	4.2	Es correcto entender que para cumplir con lo solicitado en este punto, se podrá ofertar mascarilla desechable grande (10 piezas) para paciente adulto; mascarilla desechable chica (10 piezas) para paciente pediátrico y mascarilla chica (10 piezas) para paciente neonatal. ¿Es correcto?	Id DEM: 6050, Respuesta: No es correcta su apreciación, se precisa que la convocante requiere que el licitante oferte para el numeral: 4.2 Mascarillas desechables, libre de látex, con arnés o sujetador, para paciente adulto (10 piezas), pediátrico (10 piezas) y neonatal (10 piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo) lo siguiente: para paciente adulto mascarilla tamaño S o equivalente para adulto pequeño (10 piezas), para paciente pediátrico mascarilla tamaño S o su equivalente para niño pequeño (10 piezas) y neonatal tamaño 0 o S o su equivalente para neonato pequeño (10 piezas), libres de látex con arnés o sujetador.
2142	3609	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	21	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4	Pregunta: Debemos entender que el equipo ofertado deberá garantizar la aplicación de todos los modos ventilatorios en los tipos de paciente, esto para no limitar la funcionalidad del equipo con ningún tipo de paciente o tratamiento. ¿Es correcto?	Id DEM: 3609, Respuesta: No es correcta su apreciación, se precisa que la convocante requiere que el equipo a ofertar realice todas las funciones solicitadas para el numeral: 2.4 Modos ventilatorios: 2.4.1 Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. 2.4.2 Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. 2.4.3 Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida. 2.4.4 CPAP o espontáneo con línea de base elevada. 2.4.5 Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o por presión. 2.4.6 Ventilación regulada por presión y con garantía en volumen manual o automática en asistido/control y SIMV (Volumen Garantizado, Autoflow, PRVC, Ventilación de Volumen Plus, APV o Vsync). 2.4.7 Ventilación No Invasiva (BILEVEL, BIFASICO o DuoPAP o Bi-Vent o BIPAP) y ventilación con liberación de presión en vías aéreas (APRV). 2.4.9 Con garantía o límite de volumen para CPAP. Ventilación espontánea o presión soporte o ASV. 2.4.10 Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclada por tiempo y limitada en presión o TcPLV. 2.4.11 Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 establecido en la presente convocatoria.
2143	5188	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	4	44	Ventilador adulto-	2.4.10, 4.11	PREGUNTA: solicitamos de la manera más atenta a la convocante que se nos permita ofertar este punto como opcional o tecnología característica o especificación que oferte el licitante, haya	Id DEM: 5188, Respuesta: Si se acepta, siempre que la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2144	5189	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	5	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4.10, 2.4.11	<p>PREGUNTA: Debido a que la convocante solicita un ventilador para todo tipo de pacientes, escrito en la definición y en el punto 1.1 y en vista de que este modo solo se utiliza para pacientes neonato-pediátrico y no en adultos, solicitamos de la manera más atenta este punto quede como opcional, siempre y cuando los licitantes demuestren que cuentan con modo equivalente al solicitado y no limitar con esta la libre participación. ¿se acepta?</p>	<p>equivalente o superior debido a que este modo ventilatorio es propio de una marca y esto limita la libre participación de los licitantes, en el manual de usuario en la página 89 del ventilador AVEA se encuentra descrito este modo. ¿SE ACEPTA?</p> <p>Id DEM: 5189, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere modo equivalente al solicitado en el punto 2.4.10 Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclada por tiempo y limitada en presión o TCPLV y 2.4.11 Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte describe establecidos en la presente convocatoria.</p>
2145	5190	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	6	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.4.10, 2.4.11	<p>PREGUNTA: debido a que TCPLV se refiere a un flujo continuo limitado por presión y ciclado por tiempo solicitamos a la convocante poder referenciar TCPLV de acuerdo con la tecnología de cada fabricante con modos equivalente como es PCV (s), P-SIMV y PCVT que cuentan con parámetros de limitado en presión, (Tcycle) y flujo continuo, como opción para el punto 2.4.10 ciclado en tiempo (Tcycle) y flujo continuo asegurando con esto una buena ventilación neonatal y pediátrica ¿se acepta?</p>	<p>Id DEM: 5190, Respuesta: Se acepta ofertar TCPLV de acuerdo con la tecnología de cada fabricante con modos equivalente como es PCV (s), P-SIMV y PCVT que cuentan con parámetros de limitado en presión, ciclado en tiempo (Tcycle) y flujo continuo, como opción para el punto 2.4.10 Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclada por tiempo y limitada en presión o TCPLV y 2.4.11 Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte, toda vez que demuestre el cumplimiento de lo establecido en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>
2146	5191	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	7	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.5.20	<p>PREGUNTA: Solicitamos a la convocante poder ofertar este punto con herramienta con tecnología equivalente o superior, PV Tool que muestra los puntos de inflexión inferior y superior en la curva de volumen vs. Presión, realizando medición intuitiva del PEEP ideal. ¿Se acepta?</p>	<p>Id DEM: 5191, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología equivalente o superior, PV Tool que muestra los puntos de inflexión inferior y superior en la curva de volumen vs. Presión, realizando medición intuitiva del PEEP ideal, como opción para el punto 2.5.20 Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen vs. presión, toda vez que cumpla con lo establecido en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. El licitante podrá ofertar características que superen y comprendan las mínimas solicitadas, de conformidad con lo solicitado en el numeral 4.1.1 de la Convocatoria.</p>

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2147	5192	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	8	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.10	PREGUNTA: Debemos entender por este punto que la convocante necesita que el equipo a ofertar cuente con sistema auxiliar de aire en caso de fallo de suministro de toma mural, por lo que el ventilador debe contar con turbina o mini compresor o compresor soplador blower. ¿Es correcto?	Id DEM: 5192, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2148	5193	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	9	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.10	PREGUNTA: Debido a que en muchas ocasiones las tomas de aire del hospital son de uso indispensable para el personal médico debido a que conectan sistemas de aspiración, sellos de agua entre otros, por lo que debemos entender que el equipo a ofertar debe contar con turbina o compresor grado médico o soplador blower. ¿Es correcto?	Id DEM: 5193, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2149	3608	DRÄGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.3	Pregunta: Debemos entender que se requiere un sensor de flujo proximal tipo anemometría para pacientes neonatales y sensor de flujo activo para pacientes adulto, pediátrico de tecnología de hilos calientes para medición bidireccional de flujo. ¿Es correcto?	Id DEM: 3608, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.3 establecido en la presente convocatoria.
2150	6476	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	90	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.1	Dice: Volumen corriente... Pregunta: Dado a que el equipo va a ser universal en pacientes que debe poder atender, entendemos que el volumen programable debe de empezar desde bs 2 ml e inclusive ser programable en modos por volumen. Es correcto?	Id DEM: 6476, Respuesta: No es correcta su apreciación, se precisa que la convocante requiere Volumen corriente (ml). Para el numeral 2.3.1 Volumen corriente (ml), 2.3.1.1 Límite inferior: 2 o menor y 2.3.1.2 Límite superior: 2000 o mayor, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1, 2.3.1 y 2.3.2 establecido en la presente convocatoria.
2151	6477	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	91	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.12	Salida para nebulizador sincronico. Pregunta: El nebulizador sincronico puede ser activado en la fase inspiratoria o espiratoria indistintamente. Es correcto?	Id DEM: 6477, Respuesta: No es correcto, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2152	6478	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	92	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.14	Dice: Sensibilidad espiratoria Pregunta: La sensibilidad espiratoria al establecer el periodo de inicio de dicha fase del ciclo respiratorio debe ser fijada de manera manual en un cierto porcentaje del flujo inspiratorio máximo y además tener la opción de ser ajustado de la manera automática. Es Correcto? Lo anterior para ofrecer al usuario las maniobras adecuadas que permitan la espontaneidad ideal en la espiraciones del paciente.	Id DEM: 6478, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.3.14 Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2153	6479	GRUPO ADDIM, S.A. DE C.V.	93	44	Ventilador adulto-	2.3.16	Dice: Ajuste de rampa Pregunta: Ya que el ajuste de la rampa de presión ofrece un confort en la respiración del paciente de acuerdo	Id DEM: 6479, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2154	6480	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	94	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.3.17	a las patologías más comunes, entendemos que su ajuste debe ser fijado de manera manual en ms y además tener la opción de ser ajustado de manera automática. Lo anterior para proveer de las herramientas adecuadas que deriven en el bienestar del paciente durante su terapia respiratoria. Es Correcto? Dice: Función de aspiración. Pregunta: Para realizar este procedimiento, basta demostrar que el equipo es capaz de realizar el aumento de la concentración de oxígeno Fio2 y el tiempo de oxigenación de forma programables. Correcto?	Id DEM: 6480, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.17 Función de 100% de O2 durante 2 minutos o mayor, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.17.
2155	6484	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	98	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.10	Dice: Con auto suministro de aire... Pregunta: El equipo puede estar integrado al cuerpo del ventilador o a la base. Es correcto?	Id DEM: 6484, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2156	6485	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	99	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.10	Dice: Con auto suministro de aire... Pregunta: No se especifica la cantidad de flujo que debe proveer el auto suministro de aire. Favor de especificar	Id DEM: 6485, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2157	6486	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	100	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.11	Dice: suministro de gases desde toma mural. Pregunta: Para los equipos de turbina no se exige toma de gas de aire de mural ya que no la necesitan. Es Correcto?	Id DEM: 6486, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.11 Suministro de gases desde toma mural.
2158	6481	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	95	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.3	Dice: sensor de flujo reusable. Pregunta: Con la finalidad de reducir el impacto de uso del equipo económicamente al instituto durante el uso continuo del mismo, entendemos que solo se pueden ofrecer sensores reusables. Correcto?	Id DEM: 6481, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.3 Sensor de flujo reusable, se deberá ofertar lo solicitado en la cédula de descripción del artículo.
2159	6482	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	96	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.4	Dice: compensación de tubo endotraqueal. Pregunta: Ya aue el punto no lo especifica, la Compensación automática del tubo debe ser para Tubo endotraqueal y tubo de traqueotomía y configurable para respiraciones inspiratorias y espiratorias. Correcto?	Id DEM: 6482, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.4 Compensación de la resistencia por el tubo endotraqueal o de vías aéreas artificiales. O con la tecnología propia de cada fabricante para hacer el ajuste y la compensación del tubo endotraqueal, se deberá ofertar lo solicitado en la cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2160	6483	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	97	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	2.7.5	Dice: compensación de fugas Pregunta: Ya que no se especifica el grado de compensación y siendo esta una variable importante a considerar durante la ventilación para todos los tipos de paciente, entendemos que la compensación de fugas debe ser automática y de 50 lpm de mínima compensación. Correcto?	Id DEM: 6483, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.5 Con sistema de compensación de fugas, se deberá ofertar lo solicitado en la cédula de descripción del artículo.
2161	4309	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	SIN PUNTO	Entendemos que todas las características descritas en la cédula se deberán demostrar a la convocante mediante la muestra física y/o marcaje técnico. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 4309, Respuesta: No es correcta su apreciación. El Acto de Demostración de las Características Ofertadas, se realizará conforme lo indicado en el numeral 5.2.8 de la Convocatoria.
2162	4141	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	13	44	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	SIN PUNTO	IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN MODO VENTILATORIO QUE GARANTICE EL VOLUMEN CORRIENTE DURANTE TODO EL CICLO RESPIRATORIO, REPRESENTA UNA MEJORA SUSTANCIAL EN EL APOYO DEL MISMO. EL SISTEMA BILEVELST OFRECE UNA VENTILACIÓN SINCRONIZADA, VOLUMEN CONSTANTE, PRESIÓN CONTROLADA CON UNA ADAPTACIÓN DINÁMICA DE LA PRESIÓN DE VENTILACIÓN Y LA POSIBILIDAD DE RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA DEL PACIENTE EN TODO EL CICLO DE RESPIRATORIO. TOMANDO EN CUENTA TODAS ESTAS VENTAJAS CLÍNICAS - MÉDICAS Y CONSIDERANDO LOS BENEFICIOS A LA SALUD DE LOS PACIENTES, QUE REQUIEREN APOYO VENTILATORIO, ¿DEBERÁ INCLUIRSE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE?	Id DEM: 4141, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2163	6247	VIASIS, S.A. DE C.V.	127	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	1.1	Debemos entender que la convocante requiere de un equipo electromecánico de soporte de vida para apoyo en modo de ventilación de alta frecuencia oscilatoria y convencional de pacientes neonatales y pediátricos que tengan comprometida la función respiratoria con componentes de seguridad con microcontroladores dentro del hardware. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6247, Respuesta: No es correcta su apreciación, toda vez que el numeral al que está haciendo referencia corresponde al 1.1 Definición del Equipo, el cual de conformidad con lo solicitado en el Instructivo de llenado del Anexo 1.2 Descripción Amplia y detallada de los bienes ofertados, de la convocatoria "...12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse." En este contexto favor de atender lo establecido en la presente convocatoria.
2164	6248	VIASIS, S.A. DE C.V.	128	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria	1.1	De ser negativa nuestra apreciación anterior, favor de indicar de manera fisiológica, médica, técnica y tecnológica las justificaciones pertinentes de prescindir de un sistema que brinde al usuario y al anterior (ID 6246).	Id DEM: 6248, Respuesta: Si es incorrecta su apreciación. Deberá considerar la respuesta otorgada en su pregunta (ID 6246).

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2165	5991	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	3	45	pediátrica/neonatal. Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	1.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2	operante la fiabilidad y seguridad de operar sin componentes de seguridad con microcontroladores dentro del hardware para el soporte de vida. Entendemos que solicitan un ventilador que otorgue alta frecuencia oscilatoria, lo que implica que el equipo tenga exhalación activa para evitar acumulación de CO2 y PEEP inadvertido dentro del pulmón. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5991, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2166	6245	VIASIS, S.A. DE C.V.	125	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.1	Debido al estrés generado al cambiar un paciente de un equipo a otro, además de reducir los costos en la compra de equipo, entendemos que se solicita un equipo de funcionamiento dual con posibilidad de usarse como Ventilador de Alta Frecuencia Oscilatoria y Ventilación de modo Convencional, con control de parámetros en pantalla, monitoreo de oxigenación y ventilación pulmonar con respaldo de batería en todos los modos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6245, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico y neonatal con modo convencional.
2167	6249	VIASIS, S.A. DE C.V.	129	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4	Debemos entender que la convocante requiere de un equipo controlado electrónicamente con pantalla de al menos 12" a color que pueda ser operado de diferentes maneras: a través de la pantalla táctil integrada, el botón pulsador/rotatorio, las teclas funcionales o bien una combinación de estos elementos. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6249, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3 Tamaño mínimo de 10.4" o mayor, establecido en la presente convocatoria.
2168	6252	VIASIS, S.A. DE C.V.	132	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2	Debemos entender que la convocante requiere de un equipo que proporcione el modo de ventilación mecánica HFV (High Frequency Ventilation) o HFO que permite agregar al ciclo de respiratorio oscilaciones de alta frecuencia que generan una mejor eliminación del CO2. Tanto en la inspiración como en la espiración se genera solamente una presión positiva (similar al PEEP), donde se reduce notablemente el trabajo respiratorio del paciente. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6252, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Controles y ajustes de (Ventilación de alta frecuencia), 2.3.3.1 HFV, 2.3.3.2 HFV más modo convencional o volumen garantizado, establecido en la presente convocatoria.
2169	6250	VIASIS, S.A. DE C.V.	130	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.1.1, 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2	Dado que la presión media de la vía aérea es la presión promedio registrada durante el ciclo respiratorio completo, y está relacionada con la cantidad total de presión aplicada tanto en inspiración como en espiración. La monitorización de la presión media es útil para valorar beneficios y los efectos indeseables de la ventilación menor, 2.3.3.2 Límite superior: 70 o mayor, toda vez que se	Id DEM: 6250, Respuesta: Se acepta ofertar un ajuste de la presión media con control de 0 a 40 cmH2O sin delimitar la como opción para los numerales 2.3.3 Presión inspiratoria (cmH2O), 2.3.3.1 Límite inferior: 5 o superior: 70 o mayor, toda vez que se

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2170	6251	VIASIS, S.A. DE C.V.	131	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.1.1, 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2	De ser negativa nuestra apreciación anterior, favor de indicar de manera fisiológica, médica, técnica y tecnológica las justificaciones pertinentes de prescindir de requerir parámetros de 4 a 60 cmH2O en lugar de 0 a 40 cmH2O con la finalidad de no delimitar la libre participación.	demuestre que no se demerita la funcionalidad del equipo, sin la Ventilación: PIP, PPLAT, relación I:E y PEEP. La presión media de la vía aérea es el determinante primario del volumen pulmonar y el condicionante fundamental de la oxigenación, junto con la FIO2. Si bien la presión media puede calcularse matemáticamente, los ventiladores modernos la determinan de forma automática a partir de la integración del área bajo la curva de presión-tiempo, y muestran su valor de forma continua. Por ello solicitamos a la convocante nos permita ofertar un ajuste de la presión media con control de 0 a 40 cmH2O sin delimitar la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?
2171	6251	VIASIS, S.A. DE C.V.	131	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.1.1, 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2	De ser negativa nuestra apreciación anterior, favor de indicar de manera fisiológica, médica, técnica y tecnológica las justificaciones pertinentes de prescindir de requerir parámetros de 4 a 60 cmH2O en lugar de 0 a 40 cmH2O con la finalidad de no delimitar la libre participación.	Id DEM: 6251, Respuesta: Deberá considerar la respuesta otorgada en su pregunta anterior (ID 6250).
2172	6256	VIASIS, S.A. DE C.V.	136	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.1.4, 2.3.1.4.1, 2.3.1.4.2	Dado que la ventilación con oscilaciones de presión de alta frecuencia permite el intercambio de gas en los pulmones a pesar de los reducidos volúmenes tidales (a menudo en el rango de volumen de espacio muerto). Mientras que las amplitudes de presión pueden ser considerables en el circuito respiratorio, solo se dan fluctuaciones pequeñas alrededor de la presión media en los pulmones. La eficacia de la oscilación de alta frecuencia se debe principalmente a la mejora en el intercambio de gas pulmonar. Por ello sugerimos a la convocante considere una amplitud de trabajo oscilatorio de 5 cmH2O o menor a 100 cmH2O o mayor. ¿Se Acepta?	Id DEM: 5990, Respuesta: Se acepta ofertar equipo que el límite superior de la presión media sea de 25 cmH2O, como para pacientes neonatales, prematuros, dada su talla física y peso, opción para el punto 2.3.1.2 Límite superior: 25 o mayor, del Sin embargo, el equipo que requieren, es indicado también para pacientes Pediátricos, por lo que solicitamos atentamente a la Convocante que el límite superior pueda ser de 45 cmH2O para esta manera poder oscilar pacientes mayores en peso y preservar la seguridad clínica y éxito del tratamiento. ¿Se acepta?
2173	6257	VIASIS, S.A. DE C.V.	137	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria	2.3.1.4, 2.3.1.4.1, 2.3.1.4.2	De ser negativa nuestra apreciación anterior, favor de indicar de manera fisiológica, médica, técnica y tecnológica las justificaciones pertinentes de prescindir de requerir parámetros de 5 a 80 cmH2O anterior (ID 6256).	Id DEM: 6257, Respuesta: Si es incorrecta su apreciación, Deberá considerar la respuesta otorgada en su pregunta anterior (ID 6256).

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2174	5989	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	1	45	pediátrica/neonatal. Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.1.4.2	en lugar de 0 a 100 cmH2O con la finalidad de no delimitar la libre participación. Se solicita para la variable Amplitud un límite superior hasta 80 cmH2O. El límite superior en el rango solicitado es más adecuado para pacientes neonatales, prematuros, dada su talla física y peso. Sin embargo, el equipo que requieren, es indicado también para pacientes Pediátricos, por lo que solicitamos atentamente a la Convocante que el límite superior pueda ser de 150 cmH2O, para poder oscilar pacientes mayores en peso y preservar la seguridad clínica y éxito del tratamiento. ¿Se acepta?	Id DEM: 5989, Respuesta: Se acepta ofertar equipo que el límite superior pueda ser de 150 cmH2O, como opción para el punto 2.3.1.4.2 Límite superior: 80 o mayor, del numeral 2.3.1.4 Amplitud (cmH2O o mbar, o porcentaje de la presión de la media), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2175	5992	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	4	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.4.1.5.1, 2.4.1.5.2	Solicitan para este punto un rango de 2 a 100 ml de volumen corriente. El rango solicitado es más adecuado para pacientes neonatales, prematuros, dada su talla física y peso. Sin embargo, el equipo que requieren, es indicado también para pacientes Pediátricos, por lo que solicitamos atentamente a la Convocante que el límite superior pueda ser de 200 ml para tener el suficiente volumen corriente que demanda un paciente pediátrico o pacientes mayores en peso corporal y preservar la seguridad clínica y éxito del tratamiento. ¿Se acepta?	Id DEM: 5992, Respuesta: Se acepta ofertar que el límite superior pueda ser de 200 ml, como opción para el punto 2.4.1.5.2 Límite superior: 100 o mayor, del numeral 2.4.1.5 Volumen corriente (ml), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2176	6255	VIASIS, S.A. DE C.V.	135	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.4.3	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, se considere una herramienta que monitoree la SPO2 por medio de un sensor de saturación que concierte con los parámetros registrados por el ventilador con la finalidad de realizar un cálculo adecuado para el suministro del porcentaje de la concentración de oxígeno (FIO2) adecuado para mantener la saturación en los niveles deseados evitando una Hiperoxemia que conlleva a una displasia broncopulmonar o en el menor de los casos alguna retinopatía. ¿Se acepta incluir el numeral 2.4.3.15 Control de FIO2 de manera automática y continua mediante el monitoreo de la SPO2?	Id DEM: 6255, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2177	6254	VIASIS, S.A. DE C.V.	134	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.4.3.14	Con la finalidad de llevar un adecuado registro o censo de los valores requeridos por el área médica como lo son datos guardar tendencias de al menos 72 horas, como opción para imprescindibles para la toma de decisiones en el tratamiento del paciente, se solicita a la convocante tomar en consideración la capacidad de guardar tendencias de al menos 72 horas ¿Se acepta?	Id DEM: 6254, Respuesta: Se acepta ofertar capacidad de guardar tendencias de al menos 72 horas, como opción para el punto 2.4.3.14 Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2178	6259	VIASIS, S.A. DE C.V.	139	45	Ventilador de	2.4.4.4	Entendemos que el equipo a ofertar debe incluir una función de	Id DEM: 6259, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2179	6260	C.V.			alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.		respaldo en caso de Apnea que se active automáticamente en un tiempo de apnea programado por el usuario, y que además se desactive automáticamente y vuelva al modo de ventilación asistido cuando el paciente presente nuevos esfuerzos autónomos favoreciendo el progreso del mismo. ¿Es correcto?	requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.4.4 Apnea, del numeral 2.4.4 Alarmas, establecido en la presente convocatoria.
2180	6258	VIASIS, S.A. DE C.V.	140	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.4.4.4	Debemos entender que la convocante requiere de un equipo que proporcione durante un intervalo con ciclo respiratorio controlado, disparado por apnea, la capacidad de generar adicionalmente un ciclo respiratorio disparado o una secuencia de ciclos programados por el usuario. ¿Se acepta la programación de disparo de un ciclo respiratorio controlado después de transcurrir el intervalo completo de Apnea?	Id DEM: 6260, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.4.4 Alarmas, 2.4.4.4 Apnea, establecidos en la presente convocatoria.
2181	6253	VIASIS, S.A. DE C.V.	133	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.5.10	Debemos entender que la convocante requiere de un equipo que tenga la capacidad de garantizar un continuo soporte ventilatorio en caso de fallo eléctrico y que por ello es necesario un soporte de batería interconstruida de al menos 120 minutos de respaldo en cualquier modo ventilatorio proporcionando una mayor seguridad a las instalaciones y al médico usuario. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6258, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.10 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 30 minutos como mínimo, establecido en la presente convocatoria.
2182	5993	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	5	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.5.3, 3.5	De la manera más atenta sugerimos que la convocante tome en consideración la calibración del sensor de flujo previo el uso del equipo. Por lo cual el punto debería decir "con sensor de flujo proximal de hilo caliente que permita la calibración previa la ventilación mecánica". ¿Se acepta?	Id DEM: 6253, Respuesta: No se acepta modificar el punto 2.5.3 Sensor de flujo reusable, 3.5 Sensor de flujo reusable pediátrico/neonatal, en caso de que la tecnología lo requiera (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2183	5149	COMERLAT, S.A.	42	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	3.4	Entendemos que la tecnología ofertada debe usar el mismo circuito de paciente para otorgar tanto ventilación convencional como ventilación de alta frecuencia oscilatoria para no tener que abrir la vía aérea y perder el trabajo realizado cuando se pasa de un modo ventilatorio convencional al ventilatorio de alta frecuencia oscilatoria y viceversa. ¿Es correcto?	Id DEM: 5993, Respuesta: Favor de atender las Peticiones Técnico Médicas.
						2.1	Dice: Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	Id DEM: 5149, Respuesta: No es correcta su apreciación lo

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2184	5132	COMERLAT, S.A. DE C.V.	25	45	alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.2.3	Debido a que los ventiladores de esta partida están destinados a utilizarse a pacientes sumamente sensibles, la exactitud del ventilador es de suma importancia, por lo cual debemos entender que los ventiladores deberán ser de tecnología de pistón, ya que esto garantizará que los ventiladores a ofertar garanticen la entrega del volumen programado, y garanticen espiración activa, lo cual minimizará complicaciones como barotrauma y auto-peep. ¿Es correcta nuestra apreciación?	requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2.5 Volumen minuto, del numeral 2.3.2 Parámetros monitorizados, establecido en la presente convocatoria.
2185	5150	COMERLAT, S.A. DE C.V.	43	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.2.5	Dice: Volumen minuto (l/min). Debemos entender que el volumen minuto monitorizado sea para ventilación convencional, teniendo en cuenta que el volumen minuto en alta frecuencia es = (volumen tidal)*Frecuencia respiratoria (Hz). ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5132, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por 12 pulgadas como mínimo, por lo tanto creemos que los ventiladores a ofertar deberán contar con una pantalla de al menos 12 pulgadas. ¿Es correcta nuestra apreciación?
2186	5151	COMERLAT, S.A. DE C.V.	44	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.2.7	Dice: DCO2 (ml/2/s) Se solicita a la convocante que este punto sea opcional, y/o aceptar la monitorización del volumen corriente entregado en alta frecuencia y convencional lo cual me garantiza un barrido de CO2. ¿Se acepta?	Id DEM: 5150, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2.5 Volumen minuto, del numeral 2.3.2 Parámetros monitorizados, establecido en la presente convocatoria.
2187	5152	COMERLAT, S.A. DE C.V.	45	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.3.2	Dice: HFV más modo convencional o volumen garantizado. Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional o se permita el equivalente HFV + SI (SI Inspiración Sostenida) lo cual permitirá realizar durante la ventilación HFO reclutamientos programados. ¿Se acepta?	Id DEM: 5151, Respuesta: Se acepta ofertar a monitorización del volumen corriente entregado en alta frecuencia y convencional lo cual me garantiza un barrido de CO2, como opción para el punto 2.3.2.7 DCO2 (ml/2/s), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2188	5153	COMERLAT, S.A. DE C.V.	46	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.3.4.7	Dice: Volumen minuto alto y bajo. Debemos entender que el volumen minuto alto y bajo visualizado en alarmas aplique para este tipo de ventilación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5152, Respuesta: Se acepta ofertar el equivalente HFV + SI (SI Inspiración Sostenida) lo cual permitirá realizar durante la ventilación HFO reclutamientos programados, como opción para el punto 2.3.3.2 HFV más modo convencional o volumen garantizado, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2189	5155	COMERLAT, S.A.	48	45	Ventilador de	2.4.1.12	Dice: Sensibilidad espiratoria, terminación de la fase inspiratoria o Id DEM: 5155, Respuesta: No es correcta su apreciación.	Id DEM: 5153, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.4.7 Volumen minuto alto y bajo, del numeral 2.3.4 Alarmas, establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		DE C.V.			alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.		de finalización por flujo. Debemos entender que para modos ventilatorios convencionales se usa sensibilidad espiratoria en el 2.4.1.12 Sensibilidad espiratoria, terminación de la fase porcentajes y en modo de alta frecuencia espiración activa ya que esto minimizará complicaciones como barotrauma y Auto-peep. ¿Es correcta nuestra apreciación?	favor de atender a la descripción señalada en el numeral 2.4.1.12 Sensibilidad espiratoria, terminación de la fase inspiratoria o de finalización por flujo, del numeral 2.4.1.12. Controles y ajustes de (Ventilación convencional) establecido en la presente convocatoria.
2190	5154	COMERLAT, S.A. DE C.V.	47	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.4.1.7.2	Dice: Límite superior: 80 o mayor. Se solicita que la presión límite superior de la presión de soporte sea 50 cmH2O o mayor, ya que en pacientes neonatales nunca se usará clínicamente una presión de soporte mayor a 15, ya que estos son indicios de que requiere otra estrategia ventilatoria. ¿Se acepta?	Id DEM: 5154. Respuesta: Se acepta ofertar que la presión límite superior de la presión de soporte sea 50 cmH2O o mayor, como opción para el punto 2.4.1.7.2 Límite superior 80 de soporte mayor a 15, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2191	5158	COMERLAT, S.A. DE C.V.	51	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.5.10	Dice: Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 30 minutos como mínimo. Se garantizará que la UPS tenga una duración mínima de 30 minutos como se solicita, por lo cual solicitamos a la convocante se permita entregar UPS siempre y cuando cumpla lo solicitado en este punto. ¿Se acepta?	Id DEM: 5158. Respuesta: Se acepta ofertar UPS que tenga una duración mínima de 30 minutos como opción para el punto 2.5.10 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 30 minutos como mínimo., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2192	5157	COMERLAT, S.A. DE C.V.	50	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.5.8	Dice: Indicador de batería de respaldo en uso Solicitamos a la convocante que se permita entregar una UPS como respaldo de batería, lo cual es equivalente o superior a lo solicitado. ¿Se acepta?	Id DEM: 5157. Respuesta: Se acepta ofertar una UPS como opción para el punto 2.5.8 Indicador de la batería de respaldo en uso. Cumpliendo con lo solicitado en el numeral 2.5.10 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 30 minutos como mínimo., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2193	5159	COMERLAT, S.A. DE C.V.	52	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	3.3	Dice: Dos circuitos de paciente pediátrico/neonatal reusables, libres de látex (incluye adaptadores y conectores) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). Sugierimos a la convocante solicitar que se acepte entregar circuitos desechables (caja por 10 unidades), ya que los pacientes neonatales son más susceptibles a infección y esto minimizará el riesgo de infecciones cruzadas, los circuitos siliconados o reusables al no tener paredes lisas, no permiten garantizar el flujo turbulento requerido para la estrategia ventilatoria de alta frecuencia. ¿Se acepta?	Id DEM: 5159. Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2194	5160	COMERLAT, S.A. DE C.V.	53	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	4.3	Dice: Nariz artificial /filtro HME (intercambiador de humedad y temperatura) para uso pediátrico (10 piezas) y neonatal (10 piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo) Se solicita artificial /filtro HME (intercambiador de humedad y retirar este ítem de la partida o que se opcional, ya que usar temperatura) para uso pediátrico (10 piezas) y neonatal (10 narices artificiales/ Filtro HME, en pacientes neonatales por el bajo piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), volumen corriente que estos manejan se ve afectada la resistencia establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 5160. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.3 Nariz artificial /filtro HME (intercambiador de humedad y temperatura) para uso pediátrico (10 piezas) y neonatal (10 piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2195	5156	COMERLAT, S.A. DE C.V.	49	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	2.4.3.11	de forma importante hasta un 200% comparada con la fisiología cuando se usa estos filtros. Estos pacientes se deben manejar con humidificación activa, anteriormente solicitado en el punto 2.5.4. ¿Se acepta?	Id DEM: 5156, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.3.11 Cálculo de la resistencia establecido en la presente convocatoria.
2196	6246	VIASIS, S.A. DE C.V.	126	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	Sin Punto	El licitante podrá ofertar características superiores a las mencionadas en la ficha técnica sin ser esto motivo de descalificación ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6246, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.
2197	5161	COMERLAT, S.A. DE C.V.	54	45	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal.	Sin punto de referencia.	Sugerimos a la convocante Para que se pueda llevar a cabo terapia de Alto Flujo, los equipos a ofertar deban de permitir el uso de cánulas para este propósito. ¿Los equipos a ofertar deberán permitir el uso de cánulas para Terapia de Alto Flujo?	Id DEM: 5161, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2198	5869	LIBER SALLUS, S.A. DE C.V.	133	46	Ventilador de traslado neonatal	2.2	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con un peso de 5.5 kg contemplando la batería con una autonomía batería interna Máx. 4 horas, ¿Se acepta?	Id DEM: 5869, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia para el traslado de la batería, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2199	5870	LIBER SALLUS, S.A. DE C.V.	134	46	Ventilador de traslado neonatal	2.4.4, 2.4.4.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia Frecuencia ventilatoria V-SIMV e P-SIMV De 1 a 60 bpm y Frecuencia in VC/VAC De 4 a 150 rpm ¿Se acepta?	Id DEM: 5870, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia para la ventilación V-SIMV e P-SIMV De 1 a 60 bpm y Frecuencia in VC/VAC De 4 a 150 rpm, como opción para el punto 2.4.4 Frecuencia Respiratoria (rpm), 2.4.4.1 Límite inferior: 2 o menor, 2.4.4.2 Límite superior: 150 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2200	5871	LIBER SALLUS, S.A. DE C.V.	135	46	Ventilador de traslado neonatal	2.8.6	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con batería interna con duración de 6 horas, otorgando mayor amplitud en traslados externos o de 4 horas o proporcionar una externa de 6 horas, otorgando falla en el suministro eléctrico severo como opción para el	Id DEM: 5871, Respuesta: Se acepta ofertar batería externa de 6 horas, otorgando mayor amplitud en traslados externos o de 4 horas o proporcionar una externa de 6 horas, otorgando falla en el suministro eléctrico severo como opción para el

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2201	5872	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	136	46	Ventilador de traslado neonatal	2.8.6.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con batería interna, tiempo de recarga 10 horas, la recomendación de fábrica mantener conectado el ventilador aun sin estar en uso, para asegurar la carga al 100%, ¿Se acepta?	Id DEM: 5872, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.6 Duración de la batería de respaldo interna de 5 horas como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2202	6074	VAL BREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.3.2	Dice: 2.3.2 Tamaño de 5.7" a no mayor de 8.4" Pregunta: En virtud que el tamaño de la pantalla no tiene relación directa con el paciente ni su tratamiento, pedimos amablemente a la convocante permita ofertar tamaño de pantalla de acuerdo a la tecnología del fabricante siempre y cuando no supere los 8.4", ¿Se acepta?	Id DEM: 6074, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar, con respecto al tamaño mínimo de la pantalla. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Tamaño de 5.7" a no mayor de 8.4", establecido en la presente convocatoria.
2203	6425	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	161	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.12	FUNCIÓN DE 100% DE O2 DURANTE 2 MINUTOS O MÁS SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR, REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: FIO2 AJUSTADO DE FORMA CONTINUA 21% AL 100% LO CUAL PERMITE ENTREGAR UNA FIO2 DURANTE DOS MINUTOS O MÁS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6425, Respuesta: Se acepta ofertar FIO2 ajustado de forma continua 21% al 100% lo cual permite entregar una FIO2 durante dos minutos o más, como opción para el punto 2.4.12 Función de 100% de O2 durante dos minutos o más, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2204	4345	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	60	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.12	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y referenciar este punto como: FIO2 ajustado de forma continua 21% al 100% lo cual permite entregar una FIO2 durante dos minutos o más, ¿se acepta?	Id DEM: 4345, Respuesta: Se acepta ofertar FIO2 ajustado de forma continua 21% al 100% lo cual permite entregar una FIO2 durante dos minutos o más, como opción para el punto 2.4.12 Función de 100% de O2 durante dos minutos o más, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2205	5873	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	137	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.4, 2.4.4.1	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia Frecuencia ventilatoria V-SIMV e P-SIMV De 1 a 60 bpm y Frecuencia en VCVAC De 4 a 150 rpm, ¿Se acepta?	Id DEM: 5873, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología propia Frecuencia ventilatoria V-SIMV e P-SIMV De 1 a 60 bpm y Frecuencia en VCVAC De 4 a 150 rpm como opción para los puntos 2.4.4 Frecuencia Respiratoria (rpm), 2.4.4.1 Limite inferior: 2 o menor, 2.4.4.2 Limite superior: 60 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2206	6075	VAL BREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2	47	Ventilador de traslado	2.4.6	Dice: 2.4.6 FIO2 (%) 2.4.6.1 Limite inferior: 21. Pregunta: Dado que se trata de un equipo de traslado y se requiere garantizar la	Id DEM: 6075, Respuesta: Se acepta ofertar limite inferior de al menos 40% con el cual se asegura la oxigenación

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		C.V.			pediátrico-adulto.		adecuada oxigenación, así como la compensación de posibles fugas pedimos a la convocante se nos permita ofertar límite inferior de al menos 40% con el cual se asegura la oxigenación requerida por el paciente, ¿Se acepta?	requerida por el paciente, como opción para los puntos 2.4.6 FIO2 (%), 2.4.6.1 Límite inferior: 21 y 2.4.6.2 Límite superior: 100, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2207	6076	VAL BREN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.5.2	Dice: 2.5.2 Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión Pregunta: En razón de que cada uno de los fabricantes tiene nomenclaturas diferentes de acuerdo a su tecnología entendemos que podrán ser ofertado el equivalente para los modos de presión Asisto Controlada y SIMV sin que eso demente la funcionalidad del equipo, ¿Es correcto?	Id DEM: 6076, Respuesta: Es correcta su apreciación, el licitante podrá ofertar el equivalente a los modos de presión Asisto Controlada y SIMV de acuerdo a la nomenclatura propia del fabricante, toda vez que cumpla con lo requerido para el numeral 2.5.2 Modos Ventilatorios Asisto Controlado y SIMV controlada por presión en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2208	6426	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	162	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.6.10	DICE: INDICADOR DE HORAS DE USO, PREGUNTA EL VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO ADEMÁS DE CONTAR CON LA FUNCIÓN DE INDICADOR DE HORAS DE USO, DEBE INDICAR EL SEGUIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA BOTELLA DE OXÍGENO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 6426, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.10 Indicador de horas de uso.
2209	4346	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	61	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.6.10	Entendemos que para este punto el ventilador de traslado pediátrico adulto además de contar con la función de indicador de horas de uso, debe indicar el seguimiento del contenido de la botella de oxígeno, ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 4346, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.10 Indicador de horas de uso.
2210	6078	VAL BREN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.6.12	Dice: 2.6.12 Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea. Pregunta: Con la finalidad de ofrecer al personal usuario una visualización óptima sin obstaculizar los parámetros ventilatorios monitorizados, solicitamos a la convocante permita ofertar el despliegue de al menos una curva seleccionable entre 3 diferentes. ¿Se acepta?	Id DEM: 6078, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.12 Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea, establecido en la presente convocatoria.
2211	6077	VAL BREN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.6.3	Dice: 2.6.3 Volumen corriente inspirado y espirado. Pregunta: Dado que nuestra tecnología despliega el volumen corriente inspirado como volumen programado el cual corresponde al mismo parámetro ya que indica el volumen que se está	Id DEM: 6077, Respuesta: Se acepta ofertar volumen corriente inspirado/programado como opción para el punto 2.6.3 Volumen corriente inspirado y espirado, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2212	6120	VAL BREN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.7.7	suministrando al paciente, solicitamos a la convocante nos permita ofertar volumen corriente inspirado/programado ¿Se acepta? Dice: 2.7.7 FIO2 alta y baja Pregunta: Debemos entender que esta alarma podrá referenciarse de acuerdo a la tecnología del fabricante asegurando que en caso de existir alguna variación en la concentración de FIO2 no alcanzando el nivel programado. ¿Es correcto?	Id DEM: 6120, Respuesta: Se acepta ofertar esta alarma de acuerdo a la tecnología del fabricante asegurando que en caso de existir alguna variación en la concentración de FIO2 no alcanzando el nivel programado, como opción para el punto 2.7.7 FIO2 alta y baja, en referencia al numeral 2.7 Alarmas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2213	6121	VAL BREN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.8.5	Dice: 2.8.5 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 5 horas como mínimo. 2.8.6 Tiempo de recarga de la batería de 4 horas como máximo. Pregunta: Debemos entender que para cubrir la capacidad de batería solicitada se podrá ofertar la cantidad de baterías que cubran dicha capacidad, sin denegar la funcionalidad del equipo, ni obstaculizar los procedimientos a realizar. ¿Se acepta?	Id DEM: 6121, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.8.5 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 5 horas como mínimo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.5, establecido en la presente convocatoria.
2214	6427	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	163	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.8.5	DICE: DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 5 HORAS COMO MÍNIMO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA BATERÍA EXTERNA DEBERÁ SER INTEGRADA AL EQUIPO Y DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6427, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere para el numeral 2.8.5 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 5 horas como mínimo, en la presente cédula de descripción del artículo, la batería externa podrá ser integrada al equipo y podrá ser de la misma marca o de diferente marca del Ventilador de traslado pediátrico-adulto, debiendo cumplir con la función de respaldo solicitada, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2215	4348	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	63	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.8.5	Solicitamos a la convocante nos aclare si la batería externa deberá ser integrada al equipo y de la misma marca del equipo.	Id DEM: 4348, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere para el numeral 2.8.5 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 5 horas como mínimo, en la presente cédula de descripción del artículo, la batería externa podrá ser integrada al equipo y podrá ser de la misma marca o de diferente marca del Ventilador de traslado pediátrico-adulto, debiendo cumplir con la función de respaldo solicitada, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2216	5874	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	138	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.8.5	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con batería interna con duración de 4 horas o proporcionar una externa de 6 horas, otorgando de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 5 horas	Id DEM: 5874, Respuesta: Se acepta ofertar una batería externa de 6 horas, como opción para el punto 2.8.5 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 5 horas

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
					adulto.		mayor amplitud en traslados externos o falla en el suministro eléctrico severo, ¿Se acepta?	como mínimo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2217	5875	LIBER SALLUS, S.A. DE C.V.	139	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.8.6	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con batería interna, tiempo de recarga 10 horas, la recomendación de fábrica mantener conectado el ventilador aun sin estar en uso, para asegurar la carga al 100%, ¿Se acepta?	Id DEM: 5875, Respuesta: No se acepta, lo requerido por la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.6 Tiempo de recarga de la batería de 4 horas como máximo.
2218	6428	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	164	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	3.2	DICE: DOS CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLE, LIBRES DE LATEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) (INDICAR, MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO), PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA NEUMONIAS ASOCIADAS A VENTILACION MECANICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: VEINTE (20) CIRCUITOS DE PACIENTE DESECHABLES, LIBRES DE LATEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA), ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6428, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2219	4349	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	64	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	3.2	Con la finalidad de disminuir la Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica solicitamos a la convocante nos permita ofertar para cumplir con este punto veinte (20) circuitos de paciente desechables, libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar, marca, modelo y/o número de catálogo) ¿Se Acepta?	Id DEM: 4349, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2220	3600	DRÁGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	12	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.3.2	Pregunta: Dado que el tamaño de la pantalla no afecta el rendimiento del equipo ni la terapia del paciente, solicitamos a la convocante permita ofertar pantallas de acuerdo a la tecnología de cada fabricante con al menos 108 x 56 mm, ¿Se acepta?	Id DEM: 3600, Respuesta: Se acepta su solicitud de ofertar la pantalla de con al menos 108 x 56 mm, como opción al punto 2.3.2. Tamaño de 5.7" a no mayor de 8.4", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2221	5194	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	10	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.3.2	PREGUNTA: Solicitamos a la convocante el poder ofertar este punto con pantalla de 5.7" con una tolerancia de $\pm 10\%$ a no con una tolerancia de $\pm 10\%$ a no mayor de 8.4", como mayor de 8.4", que no afecta la terapia respiratoria del paciente, ni la visibilidad de parámetros y curvas monitorizadas. No limitando ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 5194, Respuesta: Se acepta ofertar pantalla de 5.7" con una tolerancia de $\pm 10\%$ a no mayor de 8.4", como opción al punto 2.3.2. Tamaño de 5.7" a no mayor de 8.4", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2222	5195	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	11	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.3.2	PREGUNTA: Debido a que la convocante solicita un ventilador de traslado pediátrico-adulto y no se requiere presiones tan bajas, presion inspirada de Limite inferior de 10 cm H2O o menor y solicitamos de la manera más atenta se nos permita ofertar un rango de presion inspirada de Limite inferior de 10 cm H2O o puntos 2.4.3 Presión inspiratoria (cmH2O), 2.4.3.1 Limite	Id DEM: 5195, Respuesta: Se acepta ofertar un rango de presión inspirada de Limite inferior de 10 cm H2O o menor y solicitamos de la manera más atenta se nos permita ofertar un rango de presión inspirada de Limite inferior de 10 cm H2O o puntos 2.4.3 Presión inspiratoria (cmH2O), 2.4.3.1 Limite

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2223	5196	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	12	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.3.2	menor y un Límite Superior de 55 o mayor. ¿Se acepta?	inferior: 5 o menor, 2.4.3.2 Límite superior: 55 o más, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2224	5197	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	13	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.3.2	PREGUNTA: Solicitamos de la manera más atenta a la convocante se nos permita ofertar para este punto un rango de presión inspiratoria con límite inferior de 10 cm H2O a 60 cm H2O o mayor, apegándonos a la LAASSP Art. 29 fracción V, que menciona que los requisitos a cumplir no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica. ¿Se acepta?	Id DEM: 5197, Respuesta: Se acepta ofertar un rango de presión inspirada de Límite inferior de 10 cm H2O o menor y un Límite Superior de 60 o mayor, como opción para los puntos 2.4.3 Presión inspiratoria (cmH2O), 2.4.3.1 Límite inferior: 5 o menor, 2.4.3.2 Límite superior: 55 o más, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2225	3601	DRAGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	13	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.6, 2.4.6.1	Pregunta: Con el fin de garantizar una correcta oxigenación al paciente dado que es un equipo de traslado con condiciones ambientales adversas a las existentes en un espacio hospitalario, solicitamos a la convocante permita ofertar equipos con garantía del 40 a 100%, ¿Se acepta?	Id DEM: 3601, Respuesta: Se acepta ofertar equipos con garantía del 40 a 100%, como opción para los puntos 2.4.6 FIO2 (%), 2.4.6.1. Límite inferior: 21 y 2.4.6.2 Límite superior: 100, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2226	3602	DRAGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	14	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.5.2	Pregunta: Se entiende que estos modos ventilatorios podrán ser ofertados de acuerdo a la tecnología y nomenclatura de cada fabricante siempre y cuando se asegure ofertar modo ventilatorio con control de presión y que le permita al paciente respirar de manera espontánea apoyando la transición sin sobresaltos desde la ventilación controlada a la respiración espontánea durante el transcurso de la fase de deshabitación. ¿Es correcto?	Id DEM: 3602, Respuesta: Es correcta su apreciación, el licitante podrá ofertar el equivalente a los modos de presión Asisto Controlada y SIMV de acuerdo a la nomenclatura propia del fabricante, toda vez que cumpla con lo requerido para el numeral 2.5.2 Modos Ventilatorios Asisto Controlado y SIMV controlada por presión en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2227	3604	DRAGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	16	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.6.12	Pregunta: Ya que lo que se solicita es un ventilador de traslado el cual se ocupa en espacios reducidos con personal usuario siempre al pendiente del estado del paciente con la información más elemental a primera vista, solicitamos a la convocante permita ofertar el despliegue de una sola curva de ventilación en la pantalla con lo que el usuario puede enfocarse en la información más importante, ¿Se acepta?	Id DEM: 3604, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.12 Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea, establecido en la presente convocatoria.
2228	3603	DRAGER MEDICAL	15	47	Ventilador de traslado	2.6.3	Pregunta: Se entiende que este punto hace referencia a que el equipo despliegue en pantalla el volumen corriente inspirado	Id DEM: 3603, Respuesta: No es correcto, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		MÉXICO, S.A. DE C.V.			pediátrico-adulto.		programado y el volumen corriente espirado, ¿Es correcto?	presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.3 Volumen corriente inspirado y espirado, establecido en la presente convocatoria.
2229	3605	DRAGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	17	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.7.7	Pregunta: Es sabido que entre cada fabricante la nomenclatura y los mensajes de alarma suelen diferir entre ellos, por lo que acordamos a la convocante permita ofertar esta alarma de acuerdo a la tecnología del fabricante siempre y cuando indique que la concentración de FIO2 ajustada no puede alcanzarse, ¿Se acepta?	Id DEM: 3605, Respuesta: Se acepta ofertar esta alarma de los mensajes de alarma que se encuentren en la presente convocatoria.
2230	5198	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	14	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.8.3	PREGUNTA: debemos entender por este punto que la convocante solicita que con el equipo a ofertar el licitante debe entregar sensor de flujo reusable, si la tecnología del equipo lo requiere o no se entregara si la tecnología del fabricante no lo utiliza. ¿Es correcto?	Id DEM: 5198, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.3 Sensor de flujo reusable, establecido en la presente convocatoria, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y la documentación que permita comprobar lo ofertado.
2231	3606	DRAGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	18	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.8.5, 2.8.6	Pregunta: Solicitamos a la convocante permita ofertar una segunda batería de respaldo que se pueda cargar mediante un cargador externo, con las características propias de cada fabricante con el fin de poder garantizar el tiempo de respaldo solicitado, ¿Se acepta?	Id DEM: 3606, Respuesta: Se acepta ofertar una segunda batería de respaldo que se pueda cargar mediante un cargador externo, con las características propias de cada fabricante con el fin de garantizar el tiempo de respaldo solicitado, como opción para el punto 2.8.5 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 5 horas como mínimo y 2.8.6 Tiempo de recarga de la batería de 4 horas como máximo, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2232	5199	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	15	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	3.2	PREGUNTA: Solicitamos a la convocante de la manera más atenta el poder ofertar este punto con dos circuitos de paciente reusable, libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) o 10 circuitos desechables libres de látex que incluye adaptadores. ¿Se acepta?	Id DEM: 5199, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2233	6261	VIASIS, S.A. DE C.V.	141	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.3.1	Entendemos que la pantalla solicitada deberá ser a color, ¿es correcto?	Id DEM: 6261, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2234	6262	VIASIS, S.A. DE C.V.	142	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.3.2	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Presión Inspiratoria con Límite superior de 50 cmH2O tomando en consideración que para el traslado de pacientes difícilmente se va a usar presiones inspiratorias de vía aérea mayores a 50cmH2O, ¿se acepta?	empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED. Id DEM: 6262, Respuesta: Se acepta ofertar Presión Inspiratoria con Límite superior de 50 cmH2O, como opción para el punto 2.4.3.2 Límite superior: 55 o más, en referencia al numeral 2.4.3 Presión inspiratoria (cmH2O), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2235	6263	VIASIS, S.A. DE C.V.	143	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.9.2	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Presión de Soporte con Límite superior de 30 cmH2O tomando en consideración que para el traslado de pacientes difícilmente se va a usar presiones de soporte mayores a 30cmH2O, tomando en cuenta que el paciente ya tiene automatismo o respiraciones espontáneas, ¿se acepta?	Id DEM: 6263, Respuesta: Se acepta ofertar Presión de Soporte con Límite superior de 30 cmH2O, como opción para el punto 2.4.9.2 Límite superior: 35 o mayor, en referencia al numeral 2.4.9 Presión Soporte (PSV), Presión Asistida, o ASB (cmH2O), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2236	6264	VIASIS, S.A. DE C.V.	144	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.5.7	Para que un equipo cuente con las herramientas necesarias para un retiro exitoso de ventilación mecánica No Invasiva, entendemos que el equipo deberá detectar de modo automático la sensibilidad del esfuerzo de paciente y la cantidad de fuga que hay presente en la mascarilla, lo anterior para que el paciente tenga mayor confort, ¿se acepta?	Id DEM: 6264, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.7 Ventilación No Invasiva.
2237	6265	VIASIS, S.A. DE C.V.	145	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.5.7	Entendemos que el ventilador deberá ser capaz de suministrar ventilación No invasiva a través de mascarilla facial y oronasal, ¿es correcto?	Id DEM: 6265, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.7 Ventilación No Invasiva.
2238	5986	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	55	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.4.9.2	Se pide a la convocante de la manera más amable ¿Solicitar a la convocante que el límite superior sea de 30 o mayor en la presión inspiratoria? Con la finalidad de no limitar la libre participación	Id DEM: 5986, Respuesta: Se acepta ofertar límite superior para el punto 2.4.9.2 Límite superior: 35 o mayor, en referencia al numeral 2.4.9 Presión Soporte (PSV), Presión Asistida, o ASB (cmH2O), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2239	5987	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	56	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.5.7	Se pide a la convocante de la manera más amable ¿Qué se pide a la convocante puramente no invasivos como CPAP Y S/T (BIPAP) y poder compensar fugas automáticamente y detectar la sensibilidad inspiratoria automáticamente para una mejor sincronía ventilador- paciente?	Id DEM: 5987, Respuesta: Se acepta ofertar modos puedan ofertar modos puramente no invasivos como CPAP Y S/T (BIPAP) y poder compensar fugas automáticamente y detectar la sensibilidad inspiratoria automáticamente para una mejor sincronía ventilador- paciente, como opción para el punto 2.5.7 Ventilación No Invasiva, sin ser obligatorio para los demás

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2240	5988	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.	57	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	2.7.13	Se pide a la convocante de la manera más amble que por seguridad del paciente es preciso que los médicos o personal de salud sea el responsable de ajustar los límites de alarma en base a la evolución o monitoreo del paciente, por lo tanto. ¿Pedimos solicitar de la manera más atenta que este punto sea opcional?	licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5988, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.13 Programación automática de alarmas.
2241	4347	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	62	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	Sin Punto	Entendemos que el ventilador solicitado en esta partida debe tener un sistema de auto-suministro de aire con capacidad de garantizar administración del volumen ajustado con independencia de la altitud, ¿es correcto?	Id DEM: 4347, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2242	6429	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	165	47	Ventilador de traslado pediátrico-adulto.	SIN PUNTO	PREGUNTA EL VENTILADOR DEBE TENER UN SISTEMA DE AUTO-SUMISTRO DE AIRE CON CAPACIDAD DE GARANTIZAR ADMINISTRACIÓN DEL VOLUMEN AJUSTADO CON INDEPENDENCIA DE LA ALTITUD, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6429, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2243	6268	VIASIS, S.A. DE C.V.	148	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	1.1	Debemos entender que la convocante requiere de un equipo electromecánico de soporte de vida para apoyo en modo de ventilación convencional de pacientes neonatales y pediátricos que tengan comprometida la función respiratoria con componentes de seguridad con microcontroladores dentro del hardware. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6268, Respuesta: No es correcta su apreciación, toda vez que el numeral al que está haciendo referencia corresponde al 1.1 Definición del Equipo, el cual de conformidad con lo solicitado en el instructivo de llenado del Anexo 1.2 Descripción Amplia y detallada de los bienes ofertados, de la convocatoria ... "12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse." En este contexto favor de atender lo establecido en la presente convocatoria.
2244	6269	VIASIS, S.A. DE C.V.	149	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	1.1	De ser negativa nuestra apreciación anterior, favor de indicar de manera fisiológica, médica, técnica y tecnológica las justificaciones pertinentes de prescindir de un sistema que brinde al usuario y al operante la fiabilidad y seguridad de operar sin componentes de seguridad con microcontroladores dentro del hardware para el soporte de vida.	Id DEM: 6269, Respuesta: Deberá considerar la respuesta otorgada en su pregunta anterior (ID 6268).
2245	6266	VIASIS, S.A. DE C.V.	146	48	Ventilador neonatal para	2.1	Debido al estrés generado al cambiar un paciente de un equipo a otro, además de reducir los costos en la compra de equipo, requerido por la convocante se encuentra debidamente	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2246	6270	VIASIS, S.A. DE C.V.	150	48	cuidados intensivos	2.2.2.1, 2.2.2	entendemos que se solicita un equipo de funcionamiento dual con posibilidad de usarse como Ventilador de Alta Frecuencia Oscilatoria y Ventilación de modo Convencional, con control de parámetros en pantalla, monitoreo de oxigenación y ventilación pulmonar con respaldo de batería en todos los modos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1 Ventilador neonatal para cuidados intensivos., establecido en la presente convocatoria.
2247	4142	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	14	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.2.2.	Debemos entender que la convocatoria requiere de un equipo controlado electrónicamente con pantalla de al menos 12" a color que pueda ser operado de diferentes maneras: a través de la pantalla táctil integrada, el botón pulsador/origiratorio, las teclas funcionales o bien una combinación de estos elementos. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6270, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, las teclas favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2 Pantalla, 2.2.1 Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED, 2.2.2 Tamaño de 12" o mayor.
2248	6051	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	12	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.3.11	¿SE PUEDE OFERTAR VENTILADOR NEONATAL CON ID DEM: 4142, RESPUESTA: No se acepta su solicitud, favor de PANTALLA LCD POLICROMÁTICA DE 5.6 PULGADAS QUE MUESTRE EN TIEMPO REAL LAS CURVAS DE VOLUMEN, PRESIÓN Y FLUJO?	Id DEM: 6051, Respuesta: Se acepta ofertar ensibilidad de referenciado y para no limitar la libre participación, permita espiratorna como terminación de la fase inspiratoria (ciclo de ofotar sensibilidad espiratoria como terminación de la fase flujo), como opción para el punto 2.3.11 Sensibilidad inspiratoria (ciclo de flujo), ya que se trata de las mismas función. espiratoria., sin ser obligatorio para los demás licitantes ¿Se acepta?
2249	6277	VIASIS, S.A. DE C.V.	157	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.3.13, 2.6.6	Entendemos que el equipo a ofertar debe incluir una función de respaldo en caso de Apnea que se active automáticamente en un tiempo de apnea programado por el usuario, y que además se desactive automáticamente y vuelva al modo de ventilación asistido cuando el paciente presente nuevos esfuerzos autónomos favoreciendo el progreso del mismo. ¿Es correcto?	Id DEM: 6277, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo tiempo de apnea programado por el usuario, y que además se desactive automáticamente y vuelva al modo de ventilación asistido cuando el paciente presente nuevos esfuerzos autónomos requerida para el Instituto.
2250	6278	VIASIS, S.A. DE C.V.	158	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.3.13, 2.6.6	Debemos entender que la convocatoria requiere de un equipo que proporcione durante un intervalo con ciclo respiratorio controlado, de disparo de un ciclo respiratorio controlado después de ciclo respiratorio disparado o una secuencia de ciclos de programados por el usuario. ¿Se acepta la programación de disparo de un ciclo respiratorio controlado después de transcurrir el intervalo completo de Apnea?	Id DEM: 6278, Respuesta: Se acepta ofertar la programación de disparo de un ciclo respiratorio controlado después de ciclo respiratorio disparado o una secuencia de ciclos de programados por el usuario. ¿Se acepta la programación de disparo de un ciclo respiratorio controlado después de transcurrir el intervalo completo de Apnea?
2251	6271	VIASIS, S.A. DE C.V.	151	48	Ventilador neonatal para cuidados	2.3.3, 2.3.3.1, 2.3.3.2	Dado que la presión media de la vía aérea es la presión promedio registrada durante el ciclo respiratorio completo, y está relacionada con la cantidad total de presión aplicada tanto en inspiración como en espiración como funcionalidad del equipo, como opción para los numerales	Id DEM: 6271, Respuesta: Se acepta ofertar un ajuste de la registrada durante el ciclo respiratorio completo, y está relacionada con la cantidad total de presión aplicada tanto en inspiración como en espiración como funcionalidad del equipo, como opción para los numerales

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2252	6272	VIASIS, S.A. DE C.V.	152	48	intensivos	2.3.3.2.3.3.1, 2.3.3.2	La monitorización de la presión media es útil para valorar beneficios y los efectos indeseables de la ventilación mecánica, y está influenciada por todos los factores que afectan a la Ventilación: PIP, PPLAT, relación I:E y PEEP. La presión media de la vía aérea es el determinante primario del volumen pulmonar y el condicionante fundamental de la oxigenación, junto con la FIO2. Si bien la presión media puede calcularse matemáticamente, los ventiladores modernos la determinan de forma automática a partir de la integración del área bajo la curva de presión-tiempo, y muestran su valor de forma continua. Por ello solicitamos a la convocante nos permita ofertar un ajuste de la presión media con control de 0 a 40 cmH2O sin delimitar la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	2.3.3 Presión inspiratoria (cmH2O), 2.3.3.1 Límite inferior: 5 o menor, 2.3.3.2 Límite superior: 70 o mayor, toda vez que se demuestre que no se derriba la funcionalidad del equipo, sin que sea obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2253	3554	EQUIMER, S.A. DE C.V.	1	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.3.3.2	De ser negativa nuestra apreciación anterior, favor de indicar de manera fisiológica, médica, técnica y tecnológica las justificaciones pertinentes de prescindir de requerir parámetros de 5 a 70 cmh2o en lugar de 0 a 80 cmh2o con la finalidad de no delimitar la libre participación.	Id DEM: 6272, Respuesta: Deberá considerar la respuesta otorgada en su pregunta anterior (ID 6271).
2254	3555	EQUIMER, S.A. DE C.V.	2	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.3.4.2	Se puede ofertar límite de presión inspiratorio de 80 mbar que equivale a 81.57 cmH2O	Id DEM: 3554, Respuesta: Se acepta ofertar límite de presión inspiratorio de 80 mbar que equivale a 81.57 cmH2O, como opción para el punto 2.3.3.2 Límite superior: 70 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2255	6275	VIASIS, S.A. DE C.V.	155	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.4	Se puede ofertar límite de PEEP de 50 mbar que equivale a 50.98 cmH2O	Id DEM: 3555, Respuesta: Se acepta ofertar límite de 50 mbar que equivale a 50.98 cmH2O, como opción para el punto 2.3.4.2 Límite superior: 25 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, se considere una herramienta que monitoree la SPO2 por medio de un sensor de saturación que concite con los parámetros descritos en la presente cédula de descripción del artículo, por los registrados por el ventilador con la finalidad de realizar un cálculo lo que la especificación y/o requisito planteado por la adecuada para el suministro del porcentaje de la concentración de oxígeno (FIO2) adecuado para mantener la saturación en los niveles deseados evitando una Hiperoxemia que conlleve a una displasia broncopulmonar o en el menor de los casos alguna retinopatía. ¿Se acepta incluir el numeral 2.4.6 Control de FIO2 de manera automática y continua mediante el monitoreo de la SPO2?	No se acepta su solicitud, lo que se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. El licitante podrá ofertar características que superen y comprendan las mínimas solicitadas, de conformidad con lo solicitado en el numeral 4.1.1. de la Convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Número específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2256	4328	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	43	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.4.3	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y hacer referencia a este punto como: modo que otorgue garantía de Volumen con regulación automática de la presión. ¿Se acepta?	Id DEM: 4328, Respuesta: Se acepta ofertar modo que otorgue garantía de Volumen con regulación automática de la presión, como opción para el punto 2.4.3 Con volumen garantizado o volumen controlado y regulado por presión, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2257	6052	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	13	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.4.3	Es correcto entender que los modos ventilatorios orientados a pacientes neonatales (limitados por presión) deben contar con la función de volumen garantizado. ¿Es correcto?	Id DEM: 6052, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral el 2.4.3 Con volumen garantizado o volumen controlado y regulado por presión, establecido en la presente convocatoria.
2258	3556	EQUIMER, S.A. DE C.V.	3	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.4.5	Se solicita a la convocante ofertar este punto como opcional	Id DEM: 3556, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.5 nCPAP (CPAP nasal) establecido en la presente convocatoria.
2259	5876	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	140	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.4.5	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la ventilación no invasiva y la posibilidad de actualizar el software para implementar nuevas modalidades y estrategias ventilatorias de última generación, ¿Se acepta?	Id DEM: 5876, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere cuales son las posibilidades de actualizar el software para implementar nuevas modalidades y estrategias ventilatorias de última generación propias del equipo a ofertar.
2260	5877	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	141	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.5.13, 2.5.14	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la posibilidad de actualizar el software para implementar nuevas modalidades y estrategias ventilatorias de última generación, ¿Se acepta?	Id DEM: 5877, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere cuales son las posibilidades de actualizar el software para implementar nuevas modalidades y estrategias ventilatorias de última generación propias del equipo a ofertar.
2261	3557	EQUIMER, S.A. DE C.V.	4	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.5.14	Se puede ofertar opcional el calculo de trabajo respiratorio cuando se presenta loop de Presión-Volumen	Id DEM: 3557, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.14 Calculo de trabajo respiratorio establecido en la presente convocatoria.
2262	6274	VIASIS, S.A. DE C.V.	154	48	Ventilador neonatal para	2.5.17	Con la finalidad de llevar un adecuado registro o censo de los valores requeridos por el area medica como lo son datos guardar tendencias de al menos 72 horas, como opción para	Id DEM: 6274, Respuesta: Se acepta ofertar la capacidad de

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2263	4329	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	44	48	Neonatal para cuidados intensivos	2.7.3	Imprescindibles para la toma de decisiones en el tratamiento del paciente, se solicita a la convocante tomar en consideración la capacidad de guardar tendencias de al menos 72 horas ¿Se acepta?	Id DEM: 4329, Respuesta: Se acepta ofertar cálculo de los parámetros del paciente (incluidas las formas de onda), como opción para el punto 2.7.3 Sensor de flujo proximal, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2264	4143	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	15	48	Neonatal para cuidados intensivos	2.7.3, 3.6	Se solicita atentamente a la convocante poder ofertar y referenciar este punto como: cálculo de los parámetros del paciente (incluidas las formas de onda), el ventilador utiliza los sensores de presión inspiratoria y espiratoria para calcular la presión de la "Y". Todos los sensores (incluidos el de flujo, el de presión y el de temperatura) se monitorizan de forma continua a través de pruebas en segundo plano, lo que garantiza que la administración de gas y la espiración se produzcan de acuerdo con los parámetros programados en el ventilador. Dando como beneficio mayor seguridad al personal médico y técnico durante la ventilación ya que normalmente cuando el sensor de flujo es proximal cuenta con una alta probabilidad de ser afectado por secreciones, líquidos o cualquier otra sustancia ajena al sensor y aumenta a gran escala la probabilidad de fallo y de dejar el ventilador inoperante durante la ventilación. ¿Se acepta?	Id DEM: 4143, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.3 Sensor de flujo proximal, 3.6 Dos sensores de flujo proximales neonatales (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria
2265	6276	VIASIS, S.A. DE C.V.	156	48	Neonatal para cuidados intensivos	2.7.5.1	Debemos entender que la convocante requiere de un equipo que tenga la capacidad de garantizar un continuo soporte ventilatorio requerido por la convocante se encuentra debidamente en caso de fallo eléctrico y que por ello es necesario un soporte de batería interconstruida de al menos 120 minutos de respaldo en cualquier modo ventilatorio proporcionando una mayor seguridad a las instalaciones y al médico usuario. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6276, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.5. Batena de respaldo interna (incluida), con: y 2.7.5.1 Tiempo de respaldo de: 60 minutos o mayor, establecido en la presente convocatoria.
2266	5878	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	142	48	Neonatal para cuidados intensivos	2.7.7.1	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones nuestra tecnología provee un sistema neumático con turbina interna que suministra aire del entorno al paciente que es filtrado por un filtro	Id DEM: 5878, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología que provee un sistema neumático con turbina interna que suministra aire del entorno al paciente que es filtrado por un

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2267	3558	EQUIMER, S.A. DE C.V.	5	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.7.9	antipolvos y antipolen en la entrada, ¿Se acepta?	filtro antipolvos y antipolen en la entrada, como opción para el numeral 2.7.7.1 Aire., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2268	5472	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	164	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.7.9	Se permite ofertar nebulizador de marca diferente del ventilador	Id DEM: 3558, Respuesta: Se acepta ofertar nebulizador de marca diferente del ventilador, toda vez que se cumpla con lo establecido en el numeral 2.7.9 Nebulizador ultrasónico incluido, para aerosolterapia con sistema de sonido de alta frecuencia para producir aerosol, con cámara de acoplamiento con transductor, para la generación de partículas finas, flujo de salida regulable en ml/h., establecido en la presente convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2269	5879	LIBER SALUS, S.A. DE C.V.	143	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.7.9	A fin de no afectar la libre participación de los proveedores, se solicita a la convocante, nos permita ofertar sistema integrado de nebulizador de mala vibrante (Aerogen), con tecnología electrónica de microbomba que genera partículas finas para administrar medicamentos inhalados, con salida regulable en minutos por mililitros. ¿Se acepta?	Id DEM: 5472, Respuesta: Se acepta ofertar sistema integrado de nebulizador de mala vibrante (Aerogen), con tecnología electrónica de microbomba que genera partículas finas para administrar medicamentos inhalados, con salida del aerosol regulable en minutos por mililitros, como opción para el punto 2.7.9 Nebulizador ultrasónico incluido, para aerosolterapia con sistema de sonido de alta frecuencia para producir aerosol, con cámara de acoplamiento con transductor, para la generación de partículas finas, flujo de salida regulable en ml/h., toda vez que se cumpla con las características establecidas en el numeral 2.7.9, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2270	4330	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	45	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.7.9	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos que este punto sea opcional a fin de no incrementar el precio y se permita ofertar tecnología propia con un nebulizador de fármacos NEB: ajustado a 6 l/min. con compensación automática en los modos ventilatorios y salida dedicada. ¿Se acepta?	Id DEM: 5879, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere las características de acuerdo a la tecnología de cada fabricante propias del equipo a ofertar.
2271	4330	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	45	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.7.9	Se solicita atentamente a la convocante poder ofertar y referenciar un nebulizador con capacidad de generar partículas de 2.1 micras la cual maximiza la dosis respirable comparado con un nebulizador ultrasónico que genera partículas de 3 a 8 micrones dando como beneficio una mejor administración del medicamento con lo cual cumple y supera las necesidades clínicas. ¿Se Acepta?	Id DEM: 4330, Respuesta: Se acepta ofertar y referenciar un nebulizador con capacidad de generar partículas de 2.1 micras la cual maximiza la dosis respirable comparado con un nebulizador ultrasónico que genera partículas de 3 a 8 micrones dando como beneficio una mejor administración del medicamento toda vez que se cumpla con las características establecidas en el numeral 2.7.9, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2271	6053	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	14	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.7.9	Debido a que el uso del ventilador es para uso neonatal, las recomendaciones actuales mencionan que el uso de nebulizaciones en pacientes neonatales puede aumentar la presión inspiratoria y por lo tanto aumentar la posibilidad de que se produzcan efectos adversos de mantener presiones altas en la vía aérea en pacientes neonatales como sobre distensión y fuga aérea, además la nebulización continua puede dañar el sensor de flujo proximal, es por estas razones que solicitamos a la convocante ofertar tecnología de acuerdo a cada fabricante, con lo anterior nos referimos a sistema de nebulización sincronizado con la fase inspiratoria para pacientes a partir a pacientes pediátricos. ¿Se acepta?	Id DEM: 6053, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere las características de acuerdo a la tecnología de cada fabricante propias del equipo a ofertar.
2272	4144	IMAGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	16	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.7.9	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, ¿SE PUEDE OFERTAR NEBULIZADOR SINCÓNICO EL CUAL PERMITE LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTO AL CIRCUITO RESPIRATORIO SINCRONIZADO CON LA FASE INSPIRATORIA SEGUN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE?	Id DEM: 4144, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en el numeral 2.7.9 Nebulizador ultrasonico incluido, para aerosoterapia con sistema de sonido de alta frecuencia para producir aerosol, con cámara de acoplamiento con transductor, para la generación de partículas finas, flujo de salida regulable en ml/h, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.9 establecido en la presente convocatoria.
2273	6273	VIASIS, S.A. DE C.V.	153	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	3.6	De la manera más atenta sugerimos que la convocante tome en consideración la calibración del sensor de flujo previo el uso del equipo. Por lo cual el punto debería decir "con sensor de flujo proximal de hilo caliente que permita la calibración previa la ventilación mecánica" ¿Se acepta?	Id DEM: 6273, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.
2274	5473	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	165	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	3.7	Se solicita a la convocante considerar la entrega de 10 circuitos de paciente neonatal desechables incluida la cámara de humidificación, en lugar de tres circuitos reusables neonatal, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y los costos del reuso. ¿Se acepta?	Id DEM: 5473, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.
2275	4331	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	46	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	3.7	Con la finalidad de disminuir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar a cambio de los tres circuitos de paciente neonatal reusables, 30 circuitos desechables neonatales de 10mm de diámetro de PVC grado médico ya que el silicón puede expandirse y aumentar el espacio muerto del circuito por lo tanto durante la ventilación puede provocar un aumento de CO2 no deseado, libres	Id DEM: 4331, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnico Médicas.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2276	5474	GE SISTEMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	166	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	3.8	de látex que incluyen los adaptadores, conectores y trampas de agua indicando marca, modelo y número de catálogo. ¿Se Acepta?	
2277	4332	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	47	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	3.8	Se solicita a la convocante, nos permita la entrega de 10 circuitos de paciente neonatal desechables incluida la cámara de humidificación, en lugar de tres cámaras transparentes de humidificación pediátrico-neonatal reusables (indicar marca, modelo y/o riesgo de infecciones nosocomiales y los costos del reuso. ¿Se acepta?	Id DEM: 5474, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.8 Tres cámaras transparentes de humidificación pediátrico - neonatal (no universales), reusables (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
2278	4145	IMÁGENES Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	17	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	4.2	Con la finalidad de disminuir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar a cambio de las tres cámaras de humidificación cámaras transparentes de humidificación pediátrico - neonatal reusables neonatales, 30 cámaras de humidificación neonatales desechables incluidas cada una en un circuito de los ofrecidos en el punto 3.7. ¿Se Acepta?	Id DEM: 4332, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.8 Tres cámaras transparentes de humidificación pediátrico - neonatal (no universales), reusables (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.
2279	4333	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	48	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2	¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR LA CANTIDAD TOTAL DE SISTEMAS CPAP NASAL DESECHABLES PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA QUE DEBERÁN OFERTARSE POR CADA EQUIPO (VENTILADOR)?	Id DEM: 4145, Respuesta: Se deberán ofertar cinco piezas para el punto 4.2 Sistema CPAP nasal desechable para ventilación no invasiva para paciente neonatal, con adaptadores, tubos flexibles y conectores, que incluya, establecido en la presente convocatoria.
2280	6054	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	15	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	4.2.1	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar y referenciar este punto como puntas nasales desechables de cada tamaño Extra chica neonatos 1500 gramos que son equivalentes a las medidas solicitadas. ¿Se Acepta?	Id DEM: 4333, Respuesta: Se acepta ofertar y referenciar este punto como puntas nasales desechables de cada tamaño Extra chica para neonatos 1500 gramos que son equivalentes a las medidas solicitadas, como opción para los puntos 4.2.1 Puntas nasales desechables y libres de látex, para ventilación no invasiva y uso neonatal. Tamaños: 4.2.1.1 No.00 o 7 Fr (2 piezas), 4.2.1.2 No. 0 o 9 Fr (2 piezas), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2281	6055	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN	16	48	Ventilador neonatal para	4.2.1.2	Se solicita a la convocante de la manera más atenta que para no limitar la libre participación, para este punto permita ofertar el equivalente con la tecnología propia de cada fabricante con lo anterior nos referimos a No. 00 o 7 Fr (2 piezas), como: Punta nasal anterior nos referimos a No. 00 o 7 Fr (2 piezas), como: Punta nasal de (5.5 mm/5.0 mm) (2 piezas), como opción para el numeral 4.2.1.1 No.00 o 7 Fr (2 piezas), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6054, Respuesta: Se acepta ofertar el equivalente con la tecnología propia de cada fabricante con lo anterior nos referimos a No. 00 o 7 Fr (2 piezas), como: Punta nasal anterior nos referimos a No. 00 o 7 Fr (2 piezas), como: Punta nasal de (5.5 mm/5.0 mm) (2 piezas), como opción para el numeral 4.2.1.1 No.00 o 7 Fr (2 piezas), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2282	3607	MEDICINA, S.A. DE C.V.	19	48	ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.5.14	equivalente con la tecnología propia de cada fabricante con lo anterior nos referimos a No. 0 o 9 Fr (2 piezas), como: Punta nasal de (6.0 mm/6.0 mm) (2 piezas), ¿Se acepta?	nos referimos a No. 0 o 9 Fr (2 piezas), como: Punta nasal de (6.0 mm/6.0 mm) (2 piezas), como opción para el numeral 4.2.1.1 No.00 o 7 Fr (2 piezas), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2283	5200	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	16	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.7.9	Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante, permita ofertar ventilador neonatal para cuidados intensivos, cuya monitorización incluya, cálculo de trabajo respiratorio y/o bude presión traqueal vs volumen. PREGUNTA: Debido a que para la terapia en aerosol se necesitan partículas menores a 5 micras(µm) para que el medicamento llegue a sacos alveolares y los sistemas neumáticos cumplen con esta característica, además de ser sincrónicos con la inspiración lo que da un mejor depósito de la partícula sin desperdicio de medicamento, solicitamos de la manera más atenta a la convocante el poder ofertar este punto de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, no limitando con esto la libre participación. ¿Se acepta?	Id DEM: 3607, Respuesta: Se acepta ofertar ventilador neonatal para cuidados intensivos, cuya monitorización incluya, cálculo de trabajo respiratorio y/o bude presión traqueal vs volumen, como opción para el punto 2.5.14 Cálculo de trabajo respiratorio, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5200, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere las características de acuerdo a la tecnología de cada fabricante propias del equipo a ofertar.
2284	6472	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	86	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	1.1	Dice: Equipo controlado por microprocesador... Pregunta: No se especifica el método de interacción con el usuario (interfaz). Entendemos que debe ser solo a través de pantalla touch screen. Es correcto?	Id DEM: 6472, Respuesta: No es correcta su apreciación, toda vez que el numeral al que está haciendo referencia corresponde al 1.1 Definición del Equipo, el cual de conformidad con lo solicitado en el Instructivo de llenado del Anexo 1.2 Descripción Amplia y detallada de los bienes ofertados, de la convocatoria ... "12.- Los números en entero (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) así como en su caso lo referente a la Definición, contenidos en las Especificaciones y Requisitos de la Cédula de Descripción de Artículo, no necesitan referenciarse." En este contexto favor de atender lo establecido en la presente convocatoria.
2285	6475	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	89	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.3.10	Dice: Flujo continuo... Pregunta: En el caso del control del flujo inspiratorio entendemos que este puede ser resultante o bien programable por el usuario. Es correcto?	Id DEM: 6475, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.10 Bias Flow o Flujo continuo (l/min), establecido en la presente convocatoria.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2286	6473	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	87	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	2.4.2	Dice: Ventilación mandatoria intermitente con presión de soporte. ... Pregunta: No se especifican las variables de control para SIMV entendemos que deben ser por volumen o por presión al menos. Es correcto?	Id DEM: 6473, Respuesta: Si, es correcta su apreciación.
2287	6267	VIASIS, S.A. DE C.V.	147	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	Sin Punto	El licitante podrá ofertar características superiores a las mencionadas en la ficha técnica sin ser esto motivo de descalificación ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6267, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.
2288	6474	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	88	48	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	Sin Referencia	Pregunta: Que variables debe poder compensar el equipo para mantener una ventilación adecuada del paciente?	Id DEM: 6474, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que el planteamiento no se vincula con la características del equipo solicitado.
2289	4003	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	16	500	PARTIDAS MULTIPLES		TODAS LAS PARTIDAS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CON IMÁGENES refiere o describe las características propias del equipo a LOS PUNTOS QUE NO SE PUEDAN REFERENCIAR ofertar TEXTUALMENTE DENTRO DE LOS MANUALES, CATALOGOS Y/O FOLLETOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4003, Respuesta: No se acepta, toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar
2290	4004	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	17	500	PARTIDAS MULTIPLES		TODAS LAS PARTIDAS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN AQUELLOS PUNTOS QUE NO PODAMOS REFERENCIAR TEXTUALMENTE, NI CON IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4004, Respuesta: No se acepta, toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.
2291	6500	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	20	500	PARTIDAS MULTIPLES	2.2.7	Partidas 3, 4, 5, 6 y 7 En estos numerales citados, se establecen 24 horas de tendencias para ser visualizadas en el equipo, sin embargo la tecnología actual permite periodos de visualización y numéricas de un paciente de 200 horas en cada una de las mayores, considerándose limitado el requisito para establecer un diagnóstico, pronóstico y evaluación precisa del paciente, esto sin 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y representar un importe mayor a la propuesta, por lo que, para numéricas de un paciente de 24 horas., en las partidas 3, 4, contar con un rango mas amplio de seguimiento al paciente, se 5, 6, y 7, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo sugiere que sean 200 horas, como mínimo, de tendencias a de esta manera. visualizarse en el equipo que se oferte.	Id DEM: 6500, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 200 horas en cada una de las diferentes partidas 3, 4, 5, 6, y 7 como opción para el punto diagnóstico, pronóstico y evaluación precisa del paciente, esto sin 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y representar un importe mayor a la propuesta, por lo que, para numéricas de un paciente de 24 horas., en las partidas 3, 4, contar con un rango mas amplio de seguimiento al paciente, se 5, 6, y 7, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo sugiere que sean 200 horas, como mínimo, de tendencias a de esta manera. visualizarse en el equipo que se oferte.
2292	6499	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	19	500	PARTIDAS MULTIPLES	2.3.22, 2.3.23	Partidas 3, 4, 5, 6 y 7 De acuerdo a nuestra tecnología, un único módulo BIS cumple con las funciones de medición de EEG e acepta ofertar módulo BIS (indicar marca y modelo y/o Índice Biespectral (BIS) solicitadas en los numerales citados, por número de parte) que cumple con las funciones de medición	Id DEM: 6499, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar módulo BIS (indicar marca y modelo y/o Índice Biespectral (BIS) solicitadas en los numerales citados, por número de parte) que cumple con las funciones de medición

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
2293	6501	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	21	500	PARTIDAS MULTIPLES	3.1, 3.4	lo que, con objeto de no limitar la libre participación, en caso de resultar adjudicados, se entregarán dos módulos BIS para sustituir a cada módulo individual requerido. ¿Es correcto?	de EEG e Índice Biespectral (BIS) solicitadas, incluyendo en su oferta el número de módulos solicitados en cada uno de los numerales 2.3.22 y 2.3.23 de cada una de las diferentes partidas 3, 4, 5, 6, y 7 como opción para los puntos 2.3.22 y 2.3.23 de las partidas 3, 4, 5, 6, y 7, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2294	5120	COMPANÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	1	500	PARTIDAS MULTIPLES		Partidas 3, 4, 5, 6, 7 De acuerdo a nuestra tecnología, los cables para oximetría de pulso y para medición de ECG, vienen de una sola pieza (sin cable troncal) por lo que, con objeto de que no se limite la libre participación, en caso de resultar adjudicados, se entregarían dichos cables de esa forma. ¿Es correcto?	Id DEM: 6501, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 3.1 Para oximetría de pulso: Un cable troncal y un cable con sensor tipo dedal reusable para paciente adulto por monitor de cabecera solicitado. (Indicar marca y modelo y/o número de parte)., 3.4 Cable troncal y cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas para uso en paciente adulto por monitor de cabecera solicitado. (Indicar marca y modelo y/o número de parte), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.
2295	5124	COMPANÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	5	500	PARTIDAS MULTIPLES		Pregunta: Queremos corroborar con la convocante el siguiente punto: Las características descritas en las cédulas son las mínimas requeridas y el ofertar características superiores así como tecnología de punta superior a la publicada dará cumplimiento al punto a ofertar. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5120, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante, haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones y superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el numeral 4.1.1. de la Convocatoria y el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria.
2296	4009	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	22	500	PARTIDAS MULTIPLES	2.10	Pregunta: Queremos corroborar con la convocante el siguiente punto: Las características descritas en las cédulas son las mínimas requeridas y el ofertar características superiores así como tecnología de punta superior a la publicada dará cumplimiento al punto a ofertar. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5124, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante, haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones y superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el numeral 4.1.1. de la Convocatoria y el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria.
2297	4008	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	21	500	PARTIDAS MULTIPLES	2.11	PARTIDA 26 Y 27. SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FLEXION CONTINUA DE 80 A - 40 GRADOS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4009, Respuesta: Se acepta ofertar FLEXION CONTINUA DE +/- 90 GRADOS como opción para el punto 2.10 Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de ± 20 grados o mayor., correspondiente a las partidas 26 y 27, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
							PARTIDA 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FLEXION CONTINUA DE 80 A - 40 GRADOS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4008, Respuesta: Se acepta ofertar FLEXION CONTINUA DE +/- 90 GRADOS como opción para el punto 2.10 Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de ± 20 grados o mayor., correspondiente a las partidas 26 y 27, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S. A DE C. V.			MÚLTIPLES		LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FLEXIÓN CONTINUA DE +/- 90 GRADOS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	CONTINUA DE +/- 90 GRADOS como opción para el punto 2.11 Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de ± 20 grados o mayor., correspondiente a las partidas 20, 21, 22, 23, 24 y 25, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2298	4011	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	24	500	PARTIDAS MÚLTIPLES	2.11.6	PARTIDA 26 Y 27. SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INCLINACION 20 GRADOS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4011, Respuesta: Se acepta ofertar INCLINACION 20 GRADOS COMO MÍNIMO, como opción para el punto 2.12.6 Inclinación lateral izquierda y derecha de 15° o mayor solicitado en las partidas 20, 21 y 22 y 2.12.6 Inclinación lateral izquierda y derecha de 20° o mayor para las partidas 23, 24 y 25, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo ofertar y comprobar documentalmente que la inclinación lateral es izquierda y derecha.
2299	4010	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	23	500	PARTIDAS MÚLTIPLES	2.12.6	PARTIDA 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INCLINACION DE 20 GRADOS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4010, Respuesta: Se acepta ofertar INCLINACION 20 GRADOS COMO MÍNIMO, como opción para las partidas 20, 21 y 22 para el punto 2.12.6 Inclinación lateral izquierda y derecha de 15° o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, para las partidas 23, 24 y 25 se precisa que la convocante solicita para el punto 2.12.6 inclinación lateral izquierda y derecha de 20° o mayor, establecido en la cédula de descripción de artículo.
2300	4012	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	25	500	PARTIDAS MÚLTIPLES	2.13	PARTIDA 20, 21 Y 22. SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE EMERGENCIA SEA POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA O EN LA BASE DE LA MESA, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4012, Respuesta: Se acepta ofertar SISTEMA DE EMERGENCIA SEA POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA O EN LA BASE DE LA MESA, como opción para el punto 2.14 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2301	4014	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	27	500	PARTIDAS MÚLTIPLES	2.13.1	PARTIDA 23, 24 Y 25. SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 22.5CM O MAYOR EN CABECERA Y PIECERA ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4014, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.13.1 Desplazamiento longitudinal del tablero de 30 cm o mayor (hacia la sección de la cabecera), o 2.13.2 Cambio de las secciones del tablero de la mesa que permita seleccionar la orientación del paciente, establecido en la presente convocatoria.
2302	4013	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	26	500	PARTIDAS MÚLTIPLES	2.14	PARTIDA 23, 24 Y 25. SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 22.5CM O MAYOR EN CABECERA Y PIECERA ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4013, Respuesta: Se acepta ofertar SISTEMA DE

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Consecutivo Licitante	Partida	Descripción	Numeral específico	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
		S. A DE C. V.			MULTIPLES		CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE EMERGENCIA SEA POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA O EN LA BASE DE LA MESA, ¿SE ACEPTA?	DE EMERGENCIA SEA POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA O EN LA BASE DE LA MESA, como opción para el punto 2.14 Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2303	4006	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	19	500	PARTIDAS MULTIPLES	2.2	PARTIDA 26 Y 27. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE DE PESO DE 150KG EN TODAS SUS POSICIONES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4006, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor, establecido en la presente convocatoria.
2304	4005	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	18	500	PARTIDAS MULTIPLES	2.3	PARTIDA 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE DE PESO DE PACIENTE MINIMO DE 270KG EN TODAS SUS POSICIONES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4005, Respuesta: Se acepta ofertar para las partidas 20, 21 y 22 mesa de cirugía con SOPORTE DE PESO DE 270KG EN TODAS SUS POSICIONES, como opción para el numeral 2.3 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor y para las partidas 23, 24 y 25 como opción para el numeral 2.3 Que soporte un peso de 220 Kg o mayor, sin ser obligatoria para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2305	4007	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	20	500	PARTIDAS MULTIPLES	2.5	PARTIDA 26 Y 27 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BASE CON CUBIERTA DE ABS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4007, Respuesta: Se acepta ofertar BASE CON CUBIERTA DE ABS como opción para el punto 2.5 Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
2306	4015	GRUPO ORINLA, S. A DE C. V.	28	500	PARTIDAS MULTIPLES	3.1	PARTIDAS: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIOS DE UNA MARCA COMPATIBLE CON LA MESA OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4015, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1 De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel, establecido en la presente convocatoria.

Se hace del conocimiento que la totalidad de las solicitudes de aclaración formuladas por parte de los licitantes que manifestaron su interés en tiempo y forma, contenidas en el presente documento, fueron atendidas por parte de la División de Equipamiento Médico en su calidad de área técnica, dependiente de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.



Precisiones Técnicas a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales No. LA-019GYR040-E8-2017 (Electrónica) para la "Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de Equipo Médico en la salud del IMSS, 2017".

No.	DICE:	DEBE DECIR:
1.	<p>2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones</p> <p>Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Nacional, que requieran cumplimiento de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:</p> <p>...</p> <p>2) Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TÜV (Vigentes) a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo y número de certificado.• Nombre de la empresa que se certifica.• Alcance.• Fecha de emisión.• Vigencia y/o fecha de vencimiento.• Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado. <p>...</p> <p>Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Internacional, que requieran cumplimiento de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:</p> <p>...</p> <p>2) Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TÜV (Vigentes) a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo y número de certificado.• Nombre de la empresa que se certifica.• Alcance.• Fecha de emisión.• Vigencia o fecha de vencimiento.• Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.	<p>2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones</p> <p>Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Nacional, que requieran cumplimiento de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:</p> <p>...</p> <p>2) Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TÜV (Vigentes) a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo y número de certificado.• Nombre de la empresa que se certifica.• Alcance.• Fecha de emisión.• Vigencia y/o fecha de vencimiento.• Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado. <p>...</p> <p>Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Internacional, que requieran cumplimiento de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:</p> <p>...</p> <p>2) Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TÜV (Vigentes) a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo y número de certificado.• Nombre de la empresa que se certifica.• Alcance.• Fecha de emisión.• Vigencia o fecha de vencimiento.• Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.
2.	<p>3.5 Proposición Única</p>	<p>3.5 Proposición Única</p>



No.

DICE:

DEBE DECIR:

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán **participar** en "n" número de partidas.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán **participar** en "n" número de partidas.

3.

4.1.6 Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta **del fabricante** del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.

4.1.6 Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta **del fabricante** del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.

4.1.7

Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta **del fabricante** (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria.

4.1.7 Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta **del fabricante** (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria.

5.1.2 Evaluación Económica

5.1.2 Evaluación Económica

Se hace del conocimiento que el criterio de evaluación se detalla en el Anexo No. 5.1.

Se hace del conocimiento que el criterio de evaluación se detalla en el Anexo No. 5.1.

Una vez realizada la evaluación conforme a las ponderaciones establecidas en cada uno de los rubros "Características Técnicas", "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos", se determinará como **"Proposición Solvente"**, aquella que como resultado obtenga una puntuación mínima de 37.5 puntos.

Una vez realizada la evaluación conforme a las ponderaciones establecidas en cada uno de los rubros "Características Técnicas", "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos", se determinará como **"Proposición Solvente"**, aquella que como resultado obtenga una puntuación mínima de 37.5 puntos.

5.2 Evaluación de la proposición técnica

5.2 Evaluación de la proposición técnica

5.2.6 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el escrito requerido en **Anexo No. 7**, en **numeral 4.3.3** de la presente Convocatoria.

5.2.6 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el **escrito** del Anexo No. **7**, de conformidad **los** numeral **4.3.3** de la presente Convocatoria, en los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante.

5.2.7 Para las claves identificadas con la leyenda de "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) los Certificados de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TÜV (Vigentes), solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el

5.2.7 Para las claves identificadas con la leyenda de "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) los Certificados de calidad ISO-9001-2008 o

No.

DICE:

escrito requerido en el Anexo No. 7, en el numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria.

DEBE DECIR:

ISO-13485 o TUV (Vigentes), solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el escrito del Anexo No. 7, de conformidad con el numeral 3.3 de la presente Convocatoria, en los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante.

Acto de Demostración de las Características Ofertadas.

Acto de Demostración de las Características Ofertadas.

Partida	Descripción	Lugar de presentación del bien	Nombre y correo electrónico para solicitud de cita
2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma.	Mtra. Ma. del Rosario Jaime Rodríguez rosario.jaime@imss.gob.mx
10	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.	División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma.	Mtra. Ma. del Rosario Jaime Rodríguez rosario.jaime@imss.gob.mx
17	Lámpara quirúrgica doble.	Cd. de México y área metropolitana	Mtra. Catalina Vázquez Padilla catalina.vazquez@imss.gob.mx
29	Microscopio para oftalmología de alta especialidad.	Cd. de México y área metropolitana	Mtro. Alejandro Díaz Maraboto alejandrodiazma@imss.gob.mx
30	Monitor de signos vitales	División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma.	Mtra. Ma. del Rosario Jaime Rodríguez rosario.jaime@imss.gob.mx
39	Unidad de anestesia intermedia.	División de Equipamiento Médico,	Mtra. Lorena Arriaga Gallegos lorena.arriaga@imss.gob.mx

Partida	Descripción	Lugar de presentación del bien	Nombre y correo electrónico para solicitud de cita
2	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma.	Mtra. Ma. del Rosario Jaime Rodríguez rosario.jaime@imss.gob.mx
10	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación.	División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma.	Mtra. Ma. del Rosario Jaime Rodríguez rosario.jaime@imss.gob.mx
17	Lámpara quirúrgica doble.	Cd. de México y área metropolitana	Mtra. Catalina Vázquez Padilla catalina.vazquez@imss.gob.mx
29	Microscopio para oftalmología de alta especialidad.	Cd. de México y área metropolitana	Mtro. Alejandro Díaz Maraboto alejandrodiazma@imss.gob.mx
30	Monitor de signos vitales	División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma.	Mtra. Ma. del Rosario Jaime Rodríguez rosario.jaime@imss.gob.mx
39	Unidad de anestesia intermedia.	División de Equipamiento Médico,	Mtra. Lorena Arriaga Gallegos lorena.arriaga@imss.gob.mx

No.		DICE:		DEBE DECIR:	
		Durango 291 Piso 9. Col. Roma.			Durango 291 Piso 9. Col. Roma.
43	Ventilador adulto- pediátrico	División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma.	Mtra. Lorena Arriaga Gallegos		Se elimina
44	Ventilador adulto- pediátrico neonatal	División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma.	Mtra. Lorena Arriaga Gallegos		lorena.arriaga@imss.gob.mx

5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales

Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta **de protesta** **del** **licitante**, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien.

3

Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto.

En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u

5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales

Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta ~~de compromiso~~ conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado; con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien.

...

Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad o **Administrador de contrato o Ingeniero Biomédico o Jefe de Conservación** en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto.

En todos los casos en que los licitantes hayan realizado visita a las instalaciones optativa u



No.	DICE:	DEBE DECIR:
6.	<p>obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones, la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta de protesta de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores.</p> <p>...</p> <p>5.4 Causales de desechamiento</p> <p>De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causa de desechamiento:</p> <p>5.4.1 Cuando el licitante no envíe a través de CompraNet, la documentación solicitada en los numerales 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.8, 4.2, 4.3.1, 4.3.2 o 4.3.3 según sea el caso, 4.3.4 y 4.3.5 de la presente Convocatoria, o bien, se omita la leyenda "bajo protesta de decir verdad".</p> <p>...</p> <p>5.4.4 Cuando el licitante no envíe a través de CompraNet, la constancia de la visita a instalaciones o carta de protesta, según sea el caso, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.2.9.</p> <p>...</p> <p>5.4.19 Cuando no exista congruencia entre sí de las especificaciones y requisitos solicitados, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y/o con los documentos presentados para acreditar lo solicitado en el numeral 4.1.3 de la presente Convocatoria.</p> <p>5.4.20 Cuando no exista congruencia del país de origen del(los) bien(es), entre la información del domicilio del fabricante que señale(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) presentado(s) para acreditar lo solicitado en el numeral 4.1.3, y el manifestado en el escrito del Anexo No. 7 de conformidad al numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria, en los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante.</p> <p>5.4.21 Cuando no exista congruencia del país de origen del(los) bien(es), entre la información del domicilio del fabricante que señale(n) el(los) Certificados de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TUV (Vigentes) a nombre del fabricante de los bienes presentado(s) para acreditar lo solicitado en el numeral 4.1.3, y el manifestado en el escrito del Anexo No. 7, de conformidad al numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria, en los casos en que no se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante.</p> <p>...</p>	<p>obligatoriamente, deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia(s) de haber realizado la visita a las instalaciones en formato libre la(s) cual(es) deberá contener como mínimo: nombre, firma y matrícula del personal del Instituto. En los casos en los que haya tenido opción de no realizar la visita a las instalaciones, deberá adjuntar carta de protesta de conformidad con el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones" y con lo referido en los párrafos anteriores.</p> <p>...</p> <p>5.4 Causales de desechamiento</p> <p>De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causa de desechamiento:</p> <p>5.4.1 Cuando el licitante no envíe a través de CompraNet, la documentación solicitada en los numerales 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2 o 4.3.3 según sea el caso, 4.3.4 y 4.3.5 de la presente Convocatoria, o bien, se omita la leyenda "bajo protesta de decir verdad".</p> <p>...</p> <p>5.4.4 Cuando el licitante no envíe a través de CompraNet, la constancia de la visita a instalaciones o carta de protesta, según sea el caso, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.2.9.</p> <p>...</p> <p>5.4.19 Cuando no exista congruencia entre sí de las especificaciones y requisitos solicitados, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar lo solicitado en el numeral 4.1.3 de la presente Convocatoria.</p> <p>5.4.20 Cuando no exista congruencia del país de origen del(los) bien(es), entre la información del domicilio del fabricante que señale(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) presentado(s) para acreditar lo solicitado en el numeral 4.1.3, y el manifestado en el escrito del Anexo No. 7, de conformidad al numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria, en los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante.</p> <p>5.4.21 Cuando no exista congruencia del país de origen del(los) bien(es), entre la información del domicilio del fabricante que señale(n) el(los) Certificados de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TUV (Vigentes) a nombre del fabricante de los bienes presentado(s) para acreditar lo solicitado en el numeral 4.1.3, y el manifestado en el escrito del Anexo No. 7, de conformidad al numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria, en los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante.</p> <p>...</p> <p>Se agregan:</p>

[Firma]

No.

DICE:

DEBE DECIR:

5.4.25 Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica del licitante y las especificaciones y requisitos solicitados.

5.4.25 Cuando el licitante no envíe a través de CompraNet, la documentación solicitada en el numeral 4.1.7 según corresponda (Sólo para el caso de las partidas que resulte obligatorio).

7.

ANEXO 1
Anexo Técnico, Términos y Condiciones

ANEXO 1
Anexo Técnico, Términos y Condiciones

II. CANTIDAD DE BIENES

II. CANTIDAD DE BIENES

Partida	PREI	SAI	EQUIPO	Cantidad	PMR s/IVA
7	16364	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	13	3,198,275.86
19	11824	531.341.2487.03.01	Mastografía digital de campo completo.	39	4,350,000.00
40	11795	531.328.0181.02.01	Unidad de electrocirugía de uso general.	31	134,586.87
42	11823	531.341.2479.03.01	Unidad radiológica portatil. Equipo de rayos x movil.	36	2,153,935.11

Partida	PREI	SAI	EQUIPO	Cantidad	PMR s/IVA
7	16364	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	10	3,198,275.86
19	11824	531.341.2487.03.01	Mastografía digital de campo completo.	38	4,350,000.00
40	11795	531.328.0181.02.01	Unidad de electrocirugía de uso general.	34	134,586.87
42	11823	531.341.2479.03.01	Unidad radiológica portatil. Equipo de rayos x movil.	34	2,153,935.11

8.

11. RELACIÓN DE ANEXOS

11. RELACIÓN DE ANEXOS

Número	Descripción
Anexo No. 1.6	Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos".

Número	Descripción
Anexo No. 1.6	Criterios de Evaluación Técnico Administrativa para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos".

9.

ANEXO No. 1.3
Requisitos para Equipo Médico

Dice:



No.

DICE:

DEBE DECIR:



Partida	PREI	SAI	EQUIPO	Cantidad	Visita a Instalaciones Institucionales	Demostración de Características	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación e Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS	Tiempo de Entrega (Días naturales posterior al adjudicación)	Grupo
7	16364	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	13	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.		90	Electronica Médica
19	11824	531.341.2487.03.01	Mastografía digital de campo completo.	35	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.		90	Imagen
40	11795	531.328.0181.02.01	Unidad de electrocirugía de uso general.	1	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.		90	Quirófano
42	11823	531.341.2479.03.01	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x movil.	36	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.		90	Imagen

DEBE DECIR:

Partida	PREI	SAI	EQUIPO	Cantidad	Visita a Instalaciones Institucionales	Demostración de Características	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación e Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS	Tiempo de Entrega (Días naturales posterior al adjudicación)	Grupo
7	16364	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	10	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.		90	Electronica Médica
19	11824	531.341.2487.03.01	Mastografía digital de campo completo.	38	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.		90	Imagen

[Firma manuscrita]



No.		DICE:										DEBE DECIR:				
40	11795	531.328.0181.02.01	Unidad de electrocirugía de uso general.		No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.	90	Quirófano
42	11823	531.341.2479.03.01	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.		No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.	90	Imagen

ANEXO No. 1.4
GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO

Dice:

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador de Contrato	Cargo	Correo Electrónico	PREI	SAI	Descripción	Cantidad
7	UMAE HPEDIATRIA OBLACMNOC,JAL	UMAE HPEDIATRIA OBLACMNOC,JAL	Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Oriente C.P. 44100, Guadalaajara Jalisco	Dra. Ana Ruth Hernández Cervantes	Director Médico	ana.hernandezce@imss.gob.mx	16364	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas	3

Debe decir:

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador de Control	Cargo	Correo Electrónico	PREI	SAI	Descripción	Cantidad
7	UMAE HPEDIATRIA OBLACMNOC,JAL	UMAE HPEDIATRIA OBLACMNOC,JAL	Belisario Dominguez No. 735 Col. Independencia Oriente C.P. 44100, Guadalupe, Jalisco	Dra Ana Ruth Hernández Cervantes	Director Médico	ana.hernandezce@imss.gob.mx	16364	531 632 0654.03.01	Central de monitoreo para múltiples camas, ocho camas.	0

ANEXO 1.6

CRITERIOS DE "EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"

ANEXO 1.6

CRITERIOS DE "EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"

Criterios de "Evaluación Técnico-Administrativa"

⋮

INSTRUCTIVO DE LLENADO

...

Concepto	Descripción
(9) Descripción del bien	Deberá asentar los bienes amparados en el Contrato y/o

(9) Descripción del bien	Deberá asentar los bienes amparados en el Contrato y/o

Concepto	Descripción
19) Descripción del bien	Deberá asentar los bienes amarrados en el Contrato y/o

(9) Descripción del bien	Deberá asentar los bienes amparados en el Contrato y/o
--------------------------	--

No.

DICE:

DEBE DECIR:

amparado en el Contrato.	amparado en el Contrato.	Pedido presentados en los Criterios de "Evaluación Técnico - Administrativa", los cuales deberán ser iguales o similares a los ofertados en el presente procedimiento de contratación.	Pedido presentados en los Criterios de "Evaluación Técnico - Administrativa", los cuales deberán ser de iguales o similares características a los bienes solicitados en el presente procedimiento de contratación.
Rubro	Rubro	Documento para acreditar los aspectos a evaluar	Documento para acreditar los aspectos a evaluar
Puntos a otorgar	Puntos a otorgar	Puntos a otorgar	Puntos a otorgar
...
3.- Cumplimiento de contratos y/o pedidos (Hasta 10 puntos)	3.- Cumplimiento de contratos y/o pedidos (Hasta 10 puntos)	Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de "Experiencia y Especialidad". Nota.- Si el licitante requiere ocultar los precios en los documentos presentados para acreditar los sub rubros de "Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos", podrá hacerlo, en el entendido que en el caso de no realizarlo, no será motivo de desechamiento.	Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad. Nota.- Si el licitante requiere ocultar los precios en los documentos presentados para acreditar los rubros de "Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos", podrá hacerlo, en el entendido que en el caso de no realizarlo, no será motivo de desechamiento.
ANEXO No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión	ANEXO No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión
...	...	A. <u>Documentación recibida.</u>	A. <u>Documentación recibida.</u>
...	...	Original y copia de la remisión de Pedido.	Dos tantos originales y copia de la remisión de Pedido.
"Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión"	"Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión"
Instructivo de llenado Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, y Puesta en Operación de Bienes de Inversión.	Instructivo de llenado Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, y Puesta en Operación de Bienes de Inversión.

No.	DICE:	DEBE DECIR:
...	<p>A. Documentación recibida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Original y copia de la remisión de Pedido. <p>ANEXO No. 13</p> <p>Relación de documentos que debe presentar el licitante</p>	<p>A. Documentación recibida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dos tantos originales y copia de la remisión de Pedido. <p>ANEXO No. 13</p> <p>Relación de documentos que debe presentar el licitante</p>
14.	<p>DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA</p> <p>4.1.6</p> <p>Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta de protesta de que del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el COMPROBANTE CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.</p> <p>4.1.7</p> <p>Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta de protesta de que del fabricante (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria.</p>	<p>DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA</p> <p>4.1.6</p> <p>Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta de protesta de que del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el COMPROBANTE CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto.</p> <p>4.1.7</p> <p>Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas y/o carta de protesta de que del fabricante (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria.</p>
15.	<p>ANEXO No. 1.10</p> <p>Formato de Carta Relativo a Visita a Instalaciones</p> <p>Ciudad de México, a ___ de ___ de 2017.</p> <p>Instituto Mexicano del Seguro Social Convocante Licitación Presente.</p>	<p>ANEXO No. 1.10</p> <p>Formato de Carta Relativo a Visita a Instalaciones</p> <p>Ciudad de México, a ___ de ___ de 2017.</p> <p>Instituto Mexicano del Seguro Social Convocante Licitación Presente.</p>

JARG/LAG/GAMF/JIZSP/MIMA/CVP/MRJR/SKTH/NCJG/DLS/FNA



No.	DICE:	DEBE DECIR:
	<p>... " ... 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p> <p>... " ... 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p>	<p>indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p> <p>2.3.22 Un módulo para EEG para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p> <p>2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p>
17.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 4 Clave SAI: 531.632.0554.03.01 Clave PREI: 00000000016361 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.</p> <p>... " ... 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva, (indicar marca y modelo y/o número de parte): ..."</p> <p>... " ... 2.3.20 Un módulo para Gasto cardiaco, (indicar marca y modelo y/o número de parte): ..."</p> <p>... " ... 2.3.21 Dos módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada: (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p> <p>... " ... 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p> <p>... " ... 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 4 Clave SAI: 531.632.0554.03.01 Clave PREI: 00000000016361 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS.</p> <p>... " ... 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva, para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte): ..."</p> <p>... " ... 2.3.20 Un módulo para Gasto cardiaco, para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte): ..."</p> <p>... " ... 2.3.21 Dos módulos para Capnografía, para el total de monitores que conforman la central indicar tecnología ofertada: (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p> <p>... " ... 2.3.22 Un módulo para EEG, para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p> <p>... " ... 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral, para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p>
18.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 5 Clave SAI: 531.632.0554.03.01 Clave PREI: 00000000016367 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, DIEZ CAMAS.</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 5 Clave SAI: 531.632.0554.03.01 Clave PREI: 00000000016367 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, DIEZ CAMAS.</p>



No.	DICE:	DEBE DECIR:
19.	<p>“... 2.3.19 Cuatro módulos para presión invasiva, (indicar marca y modelo y/o número de parte) ...”</p> <p>“... 2.3.20 Dos módulos para Gasto cardiaco. (indicar marca y modelo y/o número de parte) ...”</p> <p>“... 2.3.21 Cuatro módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>“... 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>“... 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: Partida 6 Clave SAI: 531.632.0554.03.01 Clave PREI: 00000000016371 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA.</p> <p>“... 2.3.20 Un módulo para Gasto cardiaco. (indicar marca y modelo y/o número de parte) ...”</p> <p>“... 2.3.21 Dos módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>“... 2.3.22 Dos módulos para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>“... 2.3.23 Dos módulos para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p>	<p>“... 2.3.19 Cuatro módulos para presión invasiva para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte) ...”</p> <p>“... 2.3.20 Dos módulos para Gasto cardiaco para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte) ...”</p> <p>“... 2.3.21 Cuatro módulos para Capnografía para el total de monitores que conforman la central indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>“... 2.3.22 Un módulo para EEG para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>“... 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: Partida 6 Clave SAI: 531.632.0554.03.01 Clave PREI: 00000000016371 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA.</p> <p>“... 2.3.20 Un módulo para Gasto cardiaco para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte) ...”</p> <p>“... 2.3.21 Dos módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada, para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>“... 2.3.22 Dos módulos para EEG, para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p> <p>“... 2.3.23 Dos módulos para Índice Biespectral para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ...”</p>



No.	DICE:	DEBE DECIR:
20.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 7 Clave SAI: 531.632.0554.03.01 Clave PREI: 00000000016364 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.</p> <p>"... 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva, (indicar marca y modelo y/o número de parte) ..." "..." 2.3.20 Dos módulos para Gasto cardiaco. (indicar marca y modelo y/o número de parte) ..." "..." 2.3.21 Dos módulos para Capnografía, indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..." "..." 2.3.22 Un módulo para EEG, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..." "..." 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 7 Clave SAI: 531.632.0554.03.01 Clave PREI: 00000000016364 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS.</p> <p>"... 2.3.19 Dos módulos para presión invasiva para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte) ..." "..." 2.3.20 Dos módulos para Gasto cardiaco para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte) ..." "..." 2.3.21 Dos módulos para Capnografía para el total de monitores que conforman la central indicar tecnología ofertada, (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..." "..." 2.3.22 Un módulo para EEG para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..." "..." 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral para el total de monitores que conforman la central (indicar marca y modelo y/o número de parte). ..."</p>
21.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO</p> <p>Partida 8 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA) CLAVE SAI: 531.252.003.02.01 CLAVE PREI: 00000000016378</p> <p>"... 2.5 Monitoreo de Parámetros: 2.5.1 Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros: ..."</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 8 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA) CLAVE SAI: 531.252.003.02.01 CLAVE PREI: 00000000016378</p> <p>"... 2.5 Monitoreo de Parámetros: 2.5.1 Despliegue digital e independiente en pantalla LCD, LCD TFT o TFT o LED a color de mínimo 6" o mayor, con operación o control mediante teclado o membrana o sensible al tacto o pantalla selectora, de los siguientes parámetros: ..."</p>
22.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p>

No.	DICE:	DEBE DECIR:
	<p>Partida 9 Clave SAI: 531.324.0201.03.01 Clave PREI: 000000000011780</p> <p>ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR</p> <p>4.1. Protector bucal reusables 10 piezas.</p>	<p>Partida 9 Clave SAI: 531.324.0201.03.01 Clave PREI: 000000000011780</p> <p>ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR</p> <p>Se eliminan</p> <p>4.1. Protector bucal reusables 10 piezas.</p>
23.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 10 Clave SAI: 531.168.0069.02.01 Clave PREI: 000000000011713</p> <p>ELECTROCARDIOGRAFO MULTICAL CON INTERPRETACIÓN</p> <p>“...”</p> <p>2.4.2 A dispositivo de almacenamiento externo a un sistema de información computarizado. Incluir software para visualización del estudio en una computadora. (Si se requiere).</p> <p>“...”</p> <p>2.5.3 Vía inalámbrica Wireless (incluir accesorios completos para la comunicación)</p> <p>“...”</p> <p>3.4 Carro de transporte especialmente diseñado para el equipo que permita la fijación del mismo, con ruedas y sistema de frenado, con un cajón como mínimo para la guarda de accesorios.</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 10 Clave SAI: 531.168.0069.02.01 Clave PREI: 000000000011713</p> <p>ELECTROCARDIOGRAFO MULTICAL CON INTERPRETACIÓN</p> <p>“...”</p> <p>2.4.2 A dispositivo de almacenamiento externo a un sistema de información computarizado. Incluir software (si se requiere) para visualización del estudio en una computadora.</p> <p>“...”</p> <p>2.5.3 Vía inalámbrica Wireless (incluir accesorios completos para la comunicación. [Incluir marca, modelo y/o número de parte]).</p> <p>“...”</p> <p>3.4 Carro de transporte especialmente diseñado para el equipo que permita la fijación del mismo, con ruedas y sistema de frenado, con un cajón como mínimo para la guarda de accesorios. (Incluir marca, modelo y/o número de parte).</p>
24.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 13 FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO Clave PREI: 000000000011902 Clave SAI: 531.430.0061.01.01</p> <p>“...”</p> <p>3 Accesorios:</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 13 FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO Clave PREI: 11902 Clave SAI: 531.430.0061.01.01</p> <p>“...”</p> <p>3 Accesorios:</p>



No.	DICE:	DEBE DECIR:
<p>3.2 Al menos un filtro fijo protector para el cirujano adaptable al microscopio (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).</p> <p>Consumibles:</p> <p>4.1 Al menos cincuenta endosondas (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).</p>	<p>SE ELIMINA EL SIGUIENTE NUMERAL:</p> <p>3.2 Al menos un filtro fijo protector para el cirujano adaptable al microscopio (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).</p> <p>Consumibles:</p> <p>4.1 Al menos cincuenta endosondas (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).</p> <p>SE AGREGAN LOS SIGUIENTES NUMERALES:</p> <p>4.1.1 25 endosondas rectas de 25 gauge.</p> <p>4.1.2 10 endosondas rectas de 23 gauge.</p> <p>4.1.3 5 endosondas curvas de 23 gauge.</p> <p>4.1.4 5 endosondas rectas de 20 gauge.</p> <p>4.1.5 5 endosondas curvas de 20 gauge.</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 14</p> <p>INCUBADORA DE TRASLADO</p> <p>CLAVE SAI: 531.497.0053.02.01</p> <p>CLAVE PREI: 0000000000011928</p> <p>2.4 Monitoreo de Parámetros:</p> <p>2.4.1 Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:</p> <p>2.4.5 Pantalla con operación o ajuste por control de membrana o sensible al tacto o perilla selectora.</p>
25.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 14</p> <p>INCUBADORA DE TRASLADO</p> <p>CLAVE SAI: 531.497.0053.02.01</p> <p>CLAVE PREI: 0000000000011928</p> <p>2.4 Monitoreo de Parámetros:</p> <p>2.4.1 Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:</p> <p>2.4.5 Pantalla con operación o ajuste por control de membrana o sensible al tacto o perilla selectora.</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 14</p> <p>INCUBADORA DE TRASLADO</p> <p>CLAVE SAI: 531.497.0053.02.01</p> <p>CLAVE PREI: 0000000000011928</p> <p>2.4 Monitoreo de Parámetros:</p> <p>2.4.1 Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:</p> <p>2.4.5 Pantalla con operación o control mediante teclado o membrana o sensible al tacto o perilla selectora, LCD, TFT o LED a color de mínimo 6" o mayor.</p>
<p>3.2 Al menos un filtro fijo protector para el cirujano adaptable al microscopio (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).</p> <p>Consumibles:</p> <p>4.1 Al menos cincuenta endosondas (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).</p>	<p>SE ELIMINA EL SIGUIENTE NUMERAL:</p> <p>3.2 Al menos un filtro fijo protector para el cirujano adaptable al microscopio (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).</p> <p>Consumibles:</p> <p>4.1 Al menos cincuenta endosondas (Indicar marca y modelo y/o número de catálogo).</p> <p>SE AGREGAN LOS SIGUIENTES NUMERALES:</p> <p>4.1.1 25 endosondas rectas de 25 gauge.</p> <p>4.1.2 10 endosondas rectas de 23 gauge.</p> <p>4.1.3 5 endosondas curvas de 23 gauge.</p> <p>4.1.4 5 endosondas rectas de 20 gauge.</p> <p>4.1.5 5 endosondas curvas de 20 gauge.</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 15</p> <p>INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO</p> <p>CLAVE SAI: 531.497.2083.02.01</p> <p>CLAVE PREI: 0000000000011929</p> <p>2.2 Monitoreo de Parámetros:</p> <p>2.2.1 Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:</p>
26.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 15</p> <p>INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO</p> <p>CLAVE SAI: 531.497.2083.02.01</p> <p>CLAVE PREI: 0000000000011929</p> <p>2.2 Monitoreo de Parámetros:</p> <p>2.2.1 Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 15</p> <p>INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO</p> <p>CLAVE SAI: 531.497.2083.02.01</p> <p>CLAVE PREI: 0000000000011929</p> <p>2.2 Monitoreo de Parámetros:</p> <p>2.2.1 Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:</p>

No.	DICE:	DEBE DECIR:
...	2.2.12 Pantalla con operación o ajuste por control de membrana o sensible al tacto o perilla selectora.	2.2.12 Pantalla con operación o control mediante teclado o membrana o sensible al tacto o perilla selectora, LCD, LCD - TFT o TFT o LED a color de mínimo 6" o mayor.
27.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 16 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO/CUNA DE CALOR RADIANTE CLAVE SAI: 531.497.2083.02.01 CLAVE PREI: 000000000016379</p> <p>2.2 Monitoreo de Parámetros: 2.2.1 Modo incubadora o modo cerrado: 2.2.1.1 Despliegue digital en pantalla simultáneo de los siguientes parámetros: independiente de los siguientes parámetros:</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 16 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO/CUNA DE CALOR RADIANTE CLAVE SAI: 531.497.2083.02.01 CLAVE PREI: 000000000016379</p> <p>2.2 Monitoreo de Parámetros: 2.2.1 Modo incubadora o modo cerrado: 2.2.1.1 Despliegue digital e independiente en pantalla con operación o control mediante teclado o membrana o sensible al tacto o perilla selectora, LCD, LCD - TFT o TFT o LED a color de mínimo 6" o mayor, de los siguientes parámetros:</p>
28.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 17 Clave PREI: 11943 Clave SAI: 531.562.1010.04.01 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE</p> <p>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>3. Accesorios: 3.1 Panel de control electrónico en pared. (Considerar esta opción en obra nueva).</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 17 Clave PREI: 11943 Clave SAI: 531.562.1010.04.01 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED</p> <p>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>3. Accesorios: 3.1 Se elimina el numeral, por considerarse Programa de Sustitución de Equipo Médico.</p>
29.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 18 LASER QUIRÚRGICO NEODYNIUM-YAG Clave PREI: 00000000011838 Clave SAI: 531.350.0026.01.01</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 18 LASER QUIRÚRGICO NEODYNIUM-YAG Clave PREI: 11838 Clave SAI: 531.350.0026.01.01</p>

No.	DICE:	DEBE DECIR:
<p>“... 2 Descripción: ... 2.12 Desenfoco o foco de +/- 150 micras ó 300 micras o menor. ... 2.17.11 Lámpara de halógeno o LED ... 4 Consumibles 4.1 Lámpara de halógeno de repuesto 6V/20W (Indicar número de parte). ...”</p>	<p>“... 2 Descripción: ... 2.12 Desenfoco o foco de +/- 150 micras ó 300 micras o menor. ... 2.17.11 Lámpara de halógeno o LED ... 4 Consumibles 4.1 Lámpara de halógeno de repuesto 6V/20W (Indicar número de parte). ...”</p>	<p>“... 2 Descripción: ... 2.12 Desenfoco o foco de +/- 150 micras ó 300 micras o menor. ... 2.17.11 Lámpara de halógeno o LED ... 4 Consumibles 4.1 Lámpara de halógeno de repuesto 6V/20W (en caso de ofertar la tecnología. Incluir marca y número de parte). ...”</p>
<p>30.</p> <p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 19</p> <p>MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO, UNIDAD RADIOLOGICA PARA</p> <p>Clave SAI: 531.341.2487.03.01 Clave PREI: 000000000011824</p> <p>Se modifica</p> <p>2.11. Magnificador digital y/o geométrico en el rango de 1.5X a 1.8 X.</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 19</p> <p>MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO, UNIDAD RADIOLOGICA PARA</p> <p>Clave SAI: 531.341.2487.03.01 Clave PREI: 000000000011824</p> <p>Se modifica</p> <p>2.11. Magnificador digital y/o geométrico en el rango de 1.5X a 1.8 X.</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 19</p> <p>MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO, UNIDAD RADIOLOGICA PARA</p> <p>Clave SAI: 531.341.2487.03.01 Clave PREI: 000000000011824</p> <p>Se modifica</p> <p>2.11. Magnificador digital y/o geométrico en el rango de 1.5X a 1.8 X.</p>
<p>2.9. Estación de Adquisición (Incluir marca y modelo):</p> <p>2.9.1. Pantallas LCD o TFT de 21” o mayor.</p> <p>2.9.2. Matriz de 2 MP o mayor.</p> <p>2.9.3. Almacenamiento en disco duro de 500 GB o mayor.</p> <p>2.10. Interfase de red Ethernet 100 /1000 base T.</p> <p>2.11. Estándar DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso (anexar carta de fabricante de cumplimiento):</p> <p>2.11.1. DICOM Verification.</p> <p>2.11.2. DICOM Storage.</p> <p>2.11.3. DICOM Storage Commitment.</p> <p>2.11.4. DICOM Woklist.</p> <p>2.11.5. DICOM Print Management.</p> <p>2.11.6. DICOM Media Storage.</p> <p>2.11.7. DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step).</p> <p>2.12. Sistema de almacenamiento de imágenes en DVD</p> <p>2.13. Software para almacenar estudios compatibles con especificación DICOM, incluyendo visor y grabador de imágenes DICOM.</p> <p>2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D.</p>	<p>2.9. Estación de Adquisición (Incluir marca y modelo):</p> <p>2.9.1. Pantallas LCD o TFT de 21” o mayor.</p> <p>2.9.2. Almacenamiento en disco duro de 500 GB o mayor.</p> <p>2.9.3. Interfase de red Ethernet 100 /1000 base T.</p> <p>2.9.4. Estándar DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso (anexar carta de fabricante de cumplimiento):</p> <p>2.9.4.1. DICOM Verification.</p> <p>2.9.4.2. DICOM Storage.</p> <p>2.9.4.3. DICOM Storage Commitment.</p> <p>2.9.4.4. DICOM Woklist.</p> <p>2.9.4.5. DICOM Print Management.</p> <p>2.9.4.6. DICOM Media Storage.</p> <p>2.9.4.7. DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step).</p> <p>2.9.5. Sistema de almacenamiento de imágenes en DVD</p> <p>2.9.5.1. Software para almacenar estudios compatibles con especificación DICOM, incluyendo visor y grabador de imágenes DICOM.</p> <p>2.10. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D.</p>	<p>2.9. Estación de Adquisición (Incluir marca y modelo):</p> <p>2.9.1. Pantallas LCD o TFT de 21” o mayor.</p> <p>2.9.2. Almacenamiento en disco duro de 500 GB o mayor.</p> <p>2.9.3. Interfase de red Ethernet 100 /1000 base T.</p> <p>2.9.4. Estándar DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso (anexar carta de fabricante de cumplimiento):</p> <p>2.9.4.1. DICOM Verification.</p> <p>2.9.4.2. DICOM Storage.</p> <p>2.9.4.3. DICOM Storage Commitment.</p> <p>2.9.4.4. DICOM Woklist.</p> <p>2.9.4.5. DICOM Print Management.</p> <p>2.9.4.6. DICOM Media Storage.</p> <p>2.9.4.7. DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step).</p> <p>2.9.5. Sistema de almacenamiento de imágenes en DVD</p> <p>2.9.5.1. Software para almacenar estudios compatibles con especificación DICOM, incluyendo visor y grabador de imágenes DICOM.</p> <p>2.10. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D.</p>

No.	DICE:	DEBE DECIR:
31.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 21 Clave PREI: 20663 Clave SAI: 531.616.5108.01.01 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (PARA GINECOLOGÍA)</p> <p>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>...</p> <p>2.8.1 Rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.</p> <p>2.8.2 Rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Se eliminan</p> <p>3.2. Soporte para el dispositivo de tomo de biopsia.</p> <p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 21 Clave PREI: 20663 Clave SAI: 531.616.5108.01.01 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (PARA GINECOLOGÍA)</p> <p>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>...</p> <p>2.8.1 Rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.</p> <p>2.8.2 Se elimina subnumeral porque se repite</p> <p>...</p> <p>...</p>
32.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 25 Clave PREI: 20670 Clave SAI: 531.616.5116.01.01 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGÍA)</p> <p>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>...</p> <p>2.17.1 ...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 25 Clave PREI: 20670 Clave SAI: 531.616.5116.01.01 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGÍA)</p> <p>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>...</p> <p>2.17.1 ...</p> <p>2.18 Charola de Acero Inoxidable tipo AISI-304 calibre 24, para recolección de líquidos como parte de la mesa en la sección de pelvis durante los procedimientos quirúrgicos, la cual debe ser desmontable para su limpieza y descontaminación. (Se agrega numeral)</p>
33.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 34 Clave SAI: 531.924.0031.03.01 Clave PREI: 00000000016418 ULTRASONOGRAFO AVANZADO</p> <p>2.4.4. Con capacidad de crecimiento de Doppler continuo con velocidad PRF de 40,000 Hz o mayor.</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:</p> <p>Partida 34 Clave SAI: 531.924.0031.03.01 Clave PREI: 00000000016418 ULTRASONOGRAFO AVANZADO</p> <p>Se modifica</p> <p>2.4.4. Doppler continuo con velocidad PRF de 40,000 Hz o mayor.</p>



No.	DICE:	DEBE DECIR:																
	CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO:	CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO:																
34.	<p>Partida 35</p> <p>ULTRASONOGRAFO BASICO</p> <p>Clave SAI: 531.924.0031.03.01</p> <p>Clave PREI: 000000000016416</p> <p>2.4.4. Con capacidad de crecimiento de Doppler continuo con velocidad PRF de 40,000 Hz o mayor.</p>	<p>Partida 35</p> <p>ULTRASONOGRAFO BASICO</p> <p>Clave SAI: 531.924.0031.03.01</p> <p>Clave PREI: 000000000016416</p> <p>Se modifica</p> <p>2.4.4. Doppler continuo con velocidad PRF de 40,000 Hz o mayor.</p>																
35.	<p>Partida 38</p> <p>UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD</p> <p>Clave SAI: 531.053.0356.05.01</p> <p>Clave PREI: 000000000016313</p> <p>2.2.1 Suministrar dos vaporizadores (Indicar marca y modelo):</p> <p>2.2.1.1 Desflurano.</p> <p>2.2.1.2 Isoflurano o sevoflurano (a eleccion de la Unidad)</p>	<p>Partida 38</p> <p>UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD</p> <p>Clave SAI: 531.053.0356.05.01</p> <p>Clave PREI: 000000000016313</p> <p>2.2.1 Suministrar dos vaporizadores, a eleccion de la Unidad (Indicar marca y modelo), de acuerdo con la siguiente guia de distribucion:</p> <table><thead><tr><th>PARTIDA</th><th>DELEGACION</th><th>UNIDAD MEDICA</th><th>AGENTE ANESTESICO</th></tr></thead><tbody><tr><td>38</td><td>Distrito Federal Sur</td><td>HGZA FCO DEL PASO Y T. DF SUR</td><td>Desflurano e Isoflurano</td></tr><tr><td>38</td><td>Distrito Federal Sur</td><td>HGZ30 IZTACALCO, DF SUR</td><td>Desflurano e Isoflurano</td></tr><tr><td>38</td><td>Veracruz Norte</td><td>HGZ11 XALAPA VERINTE</td><td>Desflurano y Sevoflurano</td></tr></tbody></table>	PARTIDA	DELEGACION	UNIDAD MEDICA	AGENTE ANESTESICO	38	Distrito Federal Sur	HGZA FCO DEL PASO Y T. DF SUR	Desflurano e Isoflurano	38	Distrito Federal Sur	HGZ30 IZTACALCO, DF SUR	Desflurano e Isoflurano	38	Veracruz Norte	HGZ11 XALAPA VERINTE	Desflurano y Sevoflurano
PARTIDA	DELEGACION	UNIDAD MEDICA	AGENTE ANESTESICO															
38	Distrito Federal Sur	HGZA FCO DEL PASO Y T. DF SUR	Desflurano e Isoflurano															
38	Distrito Federal Sur	HGZ30 IZTACALCO, DF SUR	Desflurano e Isoflurano															
38	Veracruz Norte	HGZ11 XALAPA VERINTE	Desflurano y Sevoflurano															
36.	<p>Partida 39</p> <p>UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA</p> <p>Clave SAI: 531.053.0372.00.01</p> <p>Clave PREI: 000000000017409</p>	<p>Partida 39</p> <p>UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA</p> <p>Clave SAI: 531.053.0372.00.01</p> <p>Clave PREI: 000000000017409</p>																

No.

DICE:

DEBE DECIR:

- 2.2. Vaporizadores.
2.2.1 Suministrar dos vaporizadores (sevoflurano e isoflurano). (Indicar marca y modelo):
2.2.1 Suministrar uno o dos vaporizadores, a elección de la Unidad (Indicar marca y modelo), de acuerdo con la siguiente guía de distribución:

PARTIDA	DELEGACIÓN	UNIDAD MÉDICA	AGENTE ANESTÉSICO
39	Baja California	UMF36 UMAA TIJUANA BC	Sevoflurano
39	Distrito Federal Norte	HGZ UMAA48 SN PEDRO XALPA DF N	Sevoflurano
39	Guerrero	HGZMF4 IGUALA, GRO	Sevoflurano
39	Guerrero	HGSZMF19 CD ALTAMIRANO, GRO	Sevoflurano
39	Hosp. Especialidades N° 2, Sonora	UMAE HE2 CMN CD OBREGON, SON	Sevoflurano e Isoflurano
39	Hosp. Gineco Obstetria N° 3, C.M.N La Raza	UMAE HGO 3 CMN LA RAZA	Sevoflurano
39	Hosp. Traumatología y Ortopedia 21, Nuevo León	UMAE HTO 21 MONTERREY, NL	Desflurano (3), Sevoflurano (2), Isoflurano (2)
39	Hosp. Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes	UMAE HTO LOMAS VERDES, EMEXYTE	Desflurano (2), Sevoflurano (2) (uno para cada máquina)
39	Michoacán	HGZMF4 ZAMORA, MICH	Desflurano y Sevoflurano
39	Michoacán	HGZ 83 MORELIA, MICH	Desflurano y Sevoflurano
39	Michoacán	HGSZMF17 LOS REYES, MICH	Desflurano y Sevoflurano
39	Sinaloa	HGR1 CULIACAN, SIN	Desflurano y Sevoflurano
39	Sonora	HGP HERMOSILLO, SON	Sevoflurano
39	Tamaulipas	HGZ15 C/UMAA CO REYNOSA, TAMPS	Sevoflurano e Isoflurano

No.

DICE:

DEBE DECIR:

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



No.		DICE:	DEBE DECIR:
		Clave SAI: 531.341.2479.03.01 Clave PREI: 000000000011823	
2.4. Detector digital plano: (Incluir de cada uno Marca y Modelo).			Se modifica
2.4. Detector digital plano: (Incluir Marca y Modelo).			
39.	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	Partida 43 VENTILADOR ADULTO- PEDIÁTRICO CLAVE SAI: 531.941.0972.03.01 CLAVE PREI: 000000000012193	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
		2.7.8 Sistema de selección y ajuste de los valores de todos los parámetros de control.	2.7.8 Sistema de selección y ajuste de los valores de todos los parámetros de control.
		2.7.10 Suministro de gases desde toma mural.	2.7.9 Suministro de gases desde toma mural.
		2.7.10.1 Aire	2.7.9.1 Aire
		2.7.10.2 Oxígeno.	2.7.9.2 Oxígeno.
		3.3 Dos circuitos de paciente adulto reusables (diámetro interno: 22 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	3.3 Treinta circuitos de paciente adulto desechables (diámetro interno: 22 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
		3.4 Cámaras de humidificación reusable adulto (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	3.4 Cámaras de humidificación reusable adulto (tres piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
		3.4 Sensor de temperatura (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	3.5 Sensor de temperatura (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
		3.11 Dos circuitos de paciente pediátricos (diámetro interno: 15 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	3.11 Treinta circuitos de paciente pediátricos desechables (diámetro interno: 15 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
40.	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	Partida 44 VENTILADOR ADULTO- PEDIÁTRICO- NEONATAL	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
		Partida 44 VENTILADOR ADULTO- PEDIÁTRICO- NEONATAL	Partida 44 VENTILADOR ADULTO- PEDIÁTRICO- NEONATAL



No.	DICE:	DEBE DECIR:
	<p>CLAVE SAI: 531.941.0980.03.01 CLAVE PREI: 000000000016414</p> <p>" ... 2.7.10 Sistema de auto suministro de aire. ... 3.3 Dos circuitos de paciente adulto reusables (diámetro interno: 22 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). 3.4 Dos circuitos de paciente neonatales reusables (diámetro interno: 10 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). 3.5 Cámaras de humidificación reusable adulto (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). 3.6 Cámaras de humidificación reusable pediátrico-neonatal (no universal) (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). ... 3.12 Dos circuitos de paciente pediátricos (diámetro interno: 15 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). ..."</p>	<p>CLAVE SAI: 531.941.0980.03.01 CLAVE PREI: 000000000016414</p> <p>" ... 2.7.10 Sistema de auto suministro de aire, con la tecnología propia de cada fabricante. ... 3.3 Treinta circuitos de paciente adulto desechables (diámetro interno: 22 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). 3.4 Treinta circuitos de paciente neonatales desechables (diámetro interno: 10 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). 3.5 Cámaras de humidificación reusable adulto (tres piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). 3.6 Cámaras de humidificación reusable pediátrico-neonatal (no universal) (tres piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). ... 3.12 Treinta circuitos de paciente pediátricos desechables (diámetro interno: 15 mm), libras de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). ..."</p>
41.	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 45 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO / NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL CLAVE SAI: 531.941.1012.01.01 CLAVE PREI: 000000000018655</p> <p>" ... 3.3 Dos circuitos de paciente pediátrico/neonatal, libras de látex (incluye adaptadores y conectores) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). 3.4 En caso de que la marca lo requiera, dos circuitos de alta frecuencia reusables, libras de látex (incluye adaptadores y conectores; tapones diafragma, tubos de conexión y trampas de agua)</p>	<p>CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO</p> <p>Partida 45 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO / NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL CLAVE SAI: 531.941.1012.01.01 CLAVE PREI: 000000000018655</p> <p>" ... 3.3 Treinta circuitos de paciente pediátrico/neonatal desechables, libras de látex (incluye adaptadores y conectores) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). 3.4 En caso de que la marca lo requiera, veinte circuitos para alta frecuencia desechables, libras de látex (incluye adaptadores y conectores; tapones diafragma, tubos de conexión y trampas de agua)</p>



No.	DICE:	DEBE DECIR:
	(indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	(indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
...
3.6	Cámaras de humidificación pediátrico-neonatal (no universal) reusables (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	3.6 Cámaras de humidificación pediátrico-neonatal (no universal) reusables (tres piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
...
42.	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
Partida 46	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	Partida 46
CLAVE SAI: 531.941.1058.00.01	CLAVE PREI: 000000000020530	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL
CLAVE PREI: 000000000020530	...	CLAVE SAI: 531.941.1058.00.01
...	...	CLAVE PREI: 000000000020530
3.2	Dos circuitos de paciente neonatal reusables, libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	3.2 Treinta circuitos de paciente neonatal desechables, libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
...
43.	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
Partida 47	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO	Partida 47
CLAVE SAI: 531.941.0279.04.01	CLAVE PREI: 000000000012190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO
CLAVE PREI: 000000000012190	...	CLAVE SAI: 531.941.0279.04.01
...	...	CLAVE PREI: 000000000012190
3.2	Dos circuitos de paciente reusables, libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	3.2 Treinta circuitos de paciente desechables, libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
...
44.	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
Partida 48	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	Partida 48
CLAVE SAI: 531.941.0048.01.01	CLAVE PREI: 000000000012188	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS
CLAVE PREI: 000000000012188	...	CLAVE SAI: 531.941.0048.01.01
...	...	CLAVE PREI: 000000000012188



No.

DICE:

DEBE DECIR:

3.7 Tres circuitos reusables de paciente neonatal (diámetro interno: 10mm), de silicona (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).	3.7 Tres circuitos desechables de paciente neonatal (diámetro interno: 10mm) (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
---	---

Elaboró, revisó y validó, y autorizó de acuerdo al nivel jerárquico y de responsabilidad.

Autorizó

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzman
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó y Validó

Mtra. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Bioingeniería

Elaboró

Mtra. Maria Isabel Medina Alvarez
Responsable de Proyecto B

Elaboró

Lic. Silvia Karina Toral Hernández
Coordinadora de Programas

Revisó y Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Jefe de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

Elaboró

Lic. Norma Catalina Juárez González
Supervisor de Proyectos E3

Elaboró

Q.F.B. Francisco E. Noriega Arriola
Coordinador de Programas

Revisó y Validó

Ing. Jesus I. Zuñiga San Pedro
Jefe de Área Evaluación de Tecnologías
de la Salud

Elaboró

Mtra. Ma. Rosario Jaime Rodríguez
Coordinadora de Programas de Enfermería

Elaboró

Ing. Daniel López Soto
Coordinador de Programas

PRECISIONES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE
CONTENGAN CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017.

No.	DICE	DEBE DECIR
1	<p>1.2 Medio y carácter de la Licitación</p> <p>...</p> <p>El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el Capítulo de Compras, por lo que únicamente podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Capítulo de Compras del Sector Público con fundamento en el artículo 28 fracción II de la LAASSP.</p>	<p>1.2 Medio y carácter de la Licitación</p> <p>...</p> <p>El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el Capítulo de Compras, por lo que únicamente podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Capítulo de Compras del Sector Público con fundamento en el artículo 28 fracción II de la LAASSP.</p> <p>Tratados bajo cuya cobertura se convoca la presente licitación:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ TLCAN México, Estados Unidos y Canadá▪ TLC México Colombia México,▪ TLC México – Chile▪ TLCUE México y los países miembros de la Unión Europea▪ TLC México – Israel▪ TLC México – Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)▪ Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza▪ TLC México – Japón▪ Alianza del Pacífico.

No.	DICE	DEBE DECIR
2	<p>ANEXO 1</p> <p>Anexo Técnico, Términos y Condiciones</p> <p>...</p> <p>V. CONDICIONES DE PAGO</p> <p>...</p> <p>La documentación comprobatoria será:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...; 2. ... 3. 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 	<p>ANEXO 1</p> <p>Anexo Técnico, Términos y Condiciones</p> <p>...</p> <p>V. CONDICIONES DE PAGO</p> <p>...</p> <p>... La documentación comprobatoria será:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...; 2. ... 3. 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. Hoja de "Entrega de Nota de Recepción" emitida por el Sistema Institucional PREI Milenium, para la cual el proveedor podrá ponerse en contacto con el administrador del contrato a fin de que se realice el registro de la recepción de los bienes a entera satisfacción en el sistema de compras del Instituto (PREI Milenium). <p>(Se agrega)</p>
3	Se sustituye el formato denominado Anexo No. 5, mismo que se adjunta en formato Excel.	

ANEXO No. 5
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO		LA-0196YR040-E8-2017					FECHA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE									
Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PMR SIIVA	Porcentaje de Descuento (Deberá coincidir con el de Comprasnet)	Descuento	Precio Unitario con Descuento SIIVA	Importe Total ofertado SIIVA
1	11629	531.055.0024.03.01	Angiógrafo arco monoplano	3	34.440.000.00		0.00	34.440.000.00	103.320.000.00
2	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso.	120	275.000.00		0.00	275.000.00	33.000.000.00
3	16362	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para multiples camas (6 camas para paciente adulto)	9	2.496.675.00		0.00	2.496.675.00	22.470.075.00
4	16361	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para multiples camas, cinco camas.	8	2.293.951.44		0.00	2.293.951.44	18.351.611.52
5	16367	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para multiples camas, diez camas.	9	4.294.281.03		0.00	4.294.281.03	38.648.529.27
6	16371	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas de trauma.	1	3.894.813.79		0.00	3.894.813.79	3.894.813.79
7	16364	531.632.0554.03.01	Central de monitoreo para multiples camas, ocho camas.	10	3.198.275.86		0.00	3.198.275.86	31.982.758.60
8	16378	531.252.0033.02.01	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)	153	147.262.11		0.00	147.262.11	22.531.102.83
9	11780	531.324.0201.03.01	Ecocardiografo bidimensional doppler color.	6	4.338.768.53		0.00	4.338.768.53	26.032.611.18
10	11713	531.188.0069.02.01	Electrocardiografo multicanal con interpretación.	129	53.604.85		0.00	53.604.85	6.915.025.65
11	12176	531.925.0022.01.01	Electroencefalografo de 32 canales.	9	406.859.89		0.00	406.859.89	3.661.739.01
12	11803	531.333.0317.01.01	Electromiografo de cuatro canales (con potenciales evocados multimodales)	11	655.609.32		0.00	655.609.32	7.211.702.52
13	11902	531.430.0061.01.01	Fotocoagulador integral para retina, estado solido.	8	1.341.949.82		0.00	1.341.949.82	10.735.598.56
14	11928	531.497.0053.02.01	Incubadora de traslado.	16	196.970.82		0.00	196.970.82	3.151.533.12
15	11929	531.497.2083.02.01	Incubadora para recién nacido.	27	233.530.81		0.00	233.530.81	6.305.331.87
16	16379	531.497.2083.02.01	Incubadora para recién nacido/cuna de calor radiante.	31	719.716.00		0.00	719.716.00	22.311.196.00
17	11943	531.562.1010.04.01	Lampara quirúrgica doble.	137	338.466.80		0.00	338.466.80	46.369.951.60
18	11838	531.350.0026.01.01	Laser quirúrgico neodymium-yag.	6	806.935.94		0.00	806.935.94	4.841.615.64
19	11824	531.341.2487.03.01	Mastografía digital de campo completo.	38	4.350.000.00		0.00	4.350.000.00	165.300.000.00
20	20662	531.616.5108.01.01	Mesa Quirúrgica Electrodinámica (Para Cirugía General)	18	538.148.00		0.00	538.148.00	9.686.664.00
21	20663	531.616.5108.01.01	Mesa Quirúrgica Electrodinámica (Para Ginecología)	2	538.147.44		0.00	538.147.44	1.076.294.88
22	20664	531.616.5108.01.01	Mesa Quirúrgica Electrodinámica (Para Proctología)	1	510.097.32		0.00	510.097.32	510.097.32
23	20668	531.616.5116.01.01	Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía).	14	859.406.91		0.00	859.406.91	12.031.696.74
24	20669	531.616.5116.01.01	Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología).	11	786.245.36		0.00	786.245.36	8.648.698.96
25	20670	531.616.5116.01.01	Mesa quirúrgica universal avanzada (para urología).	3	646.551.72		0.00	646.551.72	1.939.655.16
26	20659	531.616.0976.04.01	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General)	21	123.050.00		0.00	123.050.00	2.584.050.00
27	20660	531.616.0976.04.01	Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología)	14	129.995.00		0.00	129.995.00	1.819.930.00
28	12050	531.626.0024.02.01	Microscopio para neurocirugía.	2	3.253.077.37		0.00	3.253.077.37	6.506.154.74

ANEXO No. 5 PROPOSICIÓN ECONÓMICA


PROCEDIMIENTO		LA-019GYR040-EB-2017				FECHA				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE										
Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PMR SIVA	Porcentaje de Descuento (Deberá coincidir con el de Comprante)	Descuento	Precio Unitario con Descuento sIVA	Importe Total ofertado sIVA	
29	12066	531.626.0123.02.01	Microscopio para oftalmología de alta especialidad.	7	2,069,724.96		0.00	2,069,724.96	14,488,074.72	
30	16398	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales	360	180,000.00		0.00	180,000.00	64,800,000.00	
31	12046	531.619.0411.03.01	Monitor de signos vitales para el traslado del paciente.	42	136,206.90		0.00	136,206.90	5,720,689.80	
32	16400	531.619.0403.02.01	Monitor de signos vitales para terapia intensiva	9	239,681.03		0.00	239,681.03	2,157,129.27	
33	11787	531.327.0232.01.01	Sistema de monitoreo electrocardiográfico continuo y ambulatorio.	12	445,940.10		0.00	445,940.10	5,351,281.20	
34	16418	531.924.0031.03.01	Ultrasonógrafo avanzado	25	2,037,280.17		0.00	2,037,280.17	50,932,004.25	
35	16416	531.924.0031.03.01	Ultrasonógrafo básico.	52	918,060.34		0.00	918,060.34	47,739,137.68	
36	16419	531.924.0031.03.01	Ultrasonógrafo Gineco-Obstétrico 2° Nivel	12	1,035,760.34		0.00	1,035,760.34	12,429,124.08	
37	16424	531.924.0031.03.01	Ultrasonógrafo gineco-obstétrico tercer nivel.	5	1,286,139.66		0.00	1,286,139.66	6,430,698.30	
38	16313	531.053.0356.05.01	Unidad de Anestesia de alta especialidad	9	1,139,669.92		0.00	1,139,669.92	10,257,029.28	
39	17409	531.053.0372.00.01	Unidad de anestesia intermedia.	30	719,742.36		0.00	719,742.36	21,592,270.80	
40	11795	531.328.0181.02.01	Unidad de electrocirugía de uso general	94	134,586.87		0.00	134,586.87	12,651,165.78	
41	12069	531.661.0079.01.01	Unidad de facoemulsión.	3	957,377.33		0.00	957,377.33	2,872,131.99	
42	11823	531.341.2479.03.01	Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil.	34	2,153,935.11		0.00	2,153,935.11	73,233,793.74	
43	12193	531.941.0972.03.01	Ventilador adulto-pediátrico	80	373,890.46		0.00	373,890.46	29,911,236.80	
44	16414	531.941.0980.03.01	Ventilador adulto-pediátrico neonatal	100	440,406.19		0.00	440,406.19	44,040,619.00	
45	18655	531.941.1012.01.01	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal	9	876,784.00		0.00	876,784.00	7,891,056.00	
46	20530	531.941.1058.00.01	Ventilador de traslado neonatal	6	433,849.23		0.00	433,849.23	2,603,095.38	
47	12190	531.941.0279.04.01	Ventilador de traslado pediátrico-adulto	43	216,755.83		0.00	216,755.83	9,320,500.69	
48	12188	531.941.0048.01.01	Ventilador neonatal para cuidados intensivos	20	540,542.64		0.00	540,542.64	10,810,852.80	
				1,769	SUBTOTAL					1,057,070,329.52
					IVA.					169,131,252.72
					TOTAL					1,226,201,582.24

LOS PRECIOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Preguntas relacionadas con las respuestas remitidas correspondientes a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales No. LA-019GYR040-E8-2017 (Electrónica) para la "Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017".

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REMITIDAS POR LA CONVOCANTE



Consecutivo Pregunta	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha de la Pregunta	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTA	RESPUESTA REPRESENTA	Área de atención
1	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	19	6337	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS CONCENTRICAS REUSABLES Y ESTERILIZABLES, EN 3 MEDIDAS DIFERENTES 20, 30 Y 50 MM DE LARGO, INCLUYENDO EN LA OFERTA 1 CAJA CON 4 PIEZAS PARA CADA MEDIDA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6337, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.2 Electrodo (agujas) concéntricos de al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	YA QUE LA RESPUESTA EMITIDA CARECE DE SOPORTE CLÍNICO Y SOLO REFIERE "ATENDER A LA DESCRIPCIÓN", HACEMOS INCAPIE QUE OFERTAR AGUJAS CONCENTRICAS REUSABLES Y ESTERILIZABLES TRAE CONSIGO VENTAJAS AL INSTITUTO YA QUE LOS EQUIPOS DE EMG VAN DESTINADOS A UNIDADES DONDE SE CUENTA CON ESTERILIZADORES DE VAPOR Y SIENDO QUE LAS AGUJAS SON ESTERILIZABLES EN VAPOR A 120°C, LE REPRESENTARÍA UN AHORRO AL NO ESTAR CONSUMIENDO AGUJAS DESECHABLES CON CADA ESTUDIO DE EMG REALIZADO; POR OTRA PARTE LOS 3 TAMAÑOS DE AGUJAS DE 20, 30 Y 50 MM FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE EMG EN DIFERENTES MUSCULOS, DE TAL FORMA QUE PARA MUSCULOS PEQUEÑOS FUNCIONA LA AGUJA DE 20 MM, PARA MUSCULOS MEDIANOS FUNCIONA LA AGUJA DE 30 MM Y PARA LOS MUSCULOS MAS GRANDES ESTA LA AGUJA DE 50 MM. POR LAS RAZONES ANTERIORES LAS AGUJAS OFERTADAS CUMPLEN LA FUNCION REQUERIDA PARA LOS ESTUDIOS DE EMG. ¿SE ACEPTAN AGUJAS CONCENTRICAS REUSABLES Y ESTERILIZABLES, DE 20, 30 Y 50 MM?	Id DEM: 6578, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se precisa que la convocante requiere Electrodo (agujas) concéntricos de al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario) para el numeral 4.2 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
2	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	21	4130	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LA NORMA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4130, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11795 Unidad de	EL EQUIVALENTE EN MÉXICO DE LA NORMA IEC 60529, ES LA NMX-J-529-ANCE-2012. EL PEDAL A OFERTAR (BIENES NACIONALES) HA SIDO SOMETIDO A ESTAS PRUEBAS DE LABORATORIO, Y CUMPLE CON DICHA NORMA. ENTENDEMOS QUE SE PUEDE REFERENCIAR, ESTE PUNTO CON EL	Id DEM: 6579, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar para bienes nacionales cumplimiento de la Norma NMX-J-529-ANCE-2012 para el pedal ofertado, como opción para el numeral 7.1.3 Para el pedal.- Cumplimiento de la norma IEC	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consejo Quinto Revising Junta	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha Quinta del Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Acta que debe
					electrocirugía de uso general, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	RESPECTIVO INFORME DE PRUEBAS EMITIDO POR LA ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (ANCE). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	60529 o su correspondiente al país de origen, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente que cumple con la descripción solicitada en los numerales 3.1.3 Pedal monopolar para corte y coagulación, (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, (el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo y 3.2 Pedal bipolar. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo. Se precisa que para dar cumplimiento a la característica solicitada en el numeral 7.1.3, el licitante deberá comprobar el cumplimiento de alguno de los grados de protección IPX4 IPX5, IPX6, IPX7 o IPX8 referidos en la norma IEC - 60529 o su correspondencia con la norma NMX-J-529-ANCE-2012.	
3	CASA PILARRE, S.A. DE C.V.	23	5264	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACAS DE RETORNO DESECHABLE CON CABLE DE CONEXION DESECHABLE CON SISTEMA REM PARA EL TAMAÑO ADULTO Y REPRESENTACION DE UNA CAJA CON 50 PIEZAS CON LA FINALIDAD DE UNA MAYOR SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL PACIENTE. ¿SE ADMITE NUESTRA PETICIÓN?	Id DEM: 5264, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.6 Placa de retorno de paciente, reusable con cable de conexión reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos) y 3.6.1 Al menos una tamaño adulto, establecido en la presente	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR QUE SE PERMITA OFERTAR CAJA CON 50 PIEZAS DE PLACAS DE RETORNO DESECHABLES CON CABLE DE CONEXION, COMO OPCION PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS 3.6.1 Y 3.6.2. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6580, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que la Convocante solicita en los puntos 3.6 Placa de retorno de paciente reusable con cable de conexión reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos). 16.1 Al menos una tamaño adulto y 3.6.2 Al menos una tamaño pediátrico; adicionalmente en los numerales 4.1 Placas de retorno desechables con cable de conexión (Incluir marca y modelos y/o número de catálogos); 4.1.1 Al menos 10 tamaño adulto.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de identificación	Nombre y Razón Social del Participante	Rol que desempeña el Participante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REITERACIÓN	RESPUESTA REITERACIÓN	Área que atiende
4	COMERLAT, S.A. DE C.V.	23	5156	Dice: Cálculo de la resistencia. Se solicita que el cálculo de la resistencia sea opcional, ya que es un parámetro complejo de medir en un paciente neonatal debido a su fisiología respiratoria, y los accesorios usados como el tubo endotraqueal, ya que por el diámetro interno de este puede aumentar la resistencia hasta con un potencial de 4. ¿Se acepta?	convocatoria. Id DEM: 5156, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.3.11 Cálculo de la resistencia establecido en la presente convocatoria.	2.4.3.11 Dice: Cálculo de la resistencia. Debemos entender que el cálculo de la resistencia será opcional, ya que en la actualidad es un parámetro poco utilizado, además de ser complejo de medir en un paciente neonatal debido a su fisiología respiratoria, y los accesorios usados como el tubo endotraqueal, ya que por el diámetro interno de este puede aumentar la resistencia hasta con un potencial de 4. ¿Es correcta nuestra apreciación?	4.1.2 Al menos 10 placas tamaño pediátrico. 4.1.3 Al menos 10 placas tamaño neonatal. La convocante precisa que requiere placas de retorno reusables y desechables, establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 6581, Respuesta: No es correcta su apreciación, el cálculo de la resistencia no será opcional, es una característica solicitada por la convocante, por lo tanto, el equipo a ofertar deberá realizar lo solicitado en el numeral 2.4.3.11 Dice: Cálculo de la resistencia, acorde a lo descrito en la cédula de descripción del artículo, establecido en la presente convocatoria.	DEM
5	CONDUIT LIFE S.A. DE V.C.	2	4948	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por normatividad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta en que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable convocante que se nos permita ofertar una	Id DEM: 4948, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 Con batería interna recargable, 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, 2.3.17.2 Con cargador interconstruido, 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Entendemos entonces que debido a que las necesidades del área médica son contar con un respaldo de emergencia y de esta forma evitar cualquier imprevisto deberemos ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos, así aumentando la capacidad de rendimiento operativo de los equipos a ofertar, ¿Es correcto?	Id DEM: 6582, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Único Registro	Nombre y Razón Social del Licitante	Requisitos	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA A LA PREGUNTA	APROBACIÓN
6	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	5	3735	fuelle de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes, ¿se acepta?	Id DEM: 3735, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación planteada y/o característica solicitada por la empresa no es requerida para el Instituto.	Solicitamos a la Convocante nos aclare si podremos participar en la presente licitación ¿con bienes aún cuando no contemos con carta de apoyo del Fabricante? No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	Id DEM: 6583, Respuesta: Los licitantes pueden ofertar los bienes en cuyas partidas, estimen que cumplen con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, a reserva del resultado de la evaluación que la Convocante realice y se aclara que la carta de apoyo del Fabricante de los bienes no es un requisito solicitado en la presente Convocatoria	DEM
7	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	2	4119	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS UN MODO DE COAGULACIÓN MONOPOLAR EN DONDE UNO DE ELLOS CUENTE CON POTENCIA DE 120 WATTS. ¿SE ACEPTA?	Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, establecido en la presente convocatoria.	Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar dos modos de coagulación monopolar una con potencia de 120 watts (estándar) y otra de 80 watts en spray, esto nos permite tener más variación de modos y se podrá usar en cirugías generales. ¿Se acepta?	Id DEM: 6584, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, establecido en la presente Convocatoria.	DEM
8	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	3	4119	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS UN MODO DE COAGULACIÓN MONOPOLAR EN DONDE UNO DE ELLOS CUENTE CON POTENCIA DE 120 WATTS. ¿SE ACEPTA?	Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, establecido en la presente convocatoria.	Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar dos modos de coagulación monopolar una con potencia de 120 watts (coagulación estándar) y otra de 80 watts (coagulación spray); lo cual no demerita su efectividad, tecnología ni buen uso del equipo, el modo en spray es un modo de coagulación de no contacto con el tejido, lo cual requiere un mayor voltaje pico (5000 V), comparado con el modo estándar que es de 3200 V máx., por seguridad eléctrica los estudios sugieren no exceder el voltaje pico de 5000V, porque puede producir daño al paciente. ¿Se	Id DEM: 6585, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, establecido en la presente Convocatoria.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Conte- nido del ítem	Nombre y Razón Social de la Empresa	Regi- strada en el Leyón de la F	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	¿Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofrecer este punto como Display Digital que es la literatura que ocupa nuestro fabricante e indica el conjunto de niveles de potencia, ¿Se acepta?	RESPUESTA A LA PREGUNTA	¿Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofrecer este punto como Display Digital que es la literatura que ocupa nuestro fabricante e indica el conjunto de niveles de potencia, ¿Se acepta?	RESPUESTA	Id DEM: 6586, Respuesta: No se acepta ofrecer equipo con Display digital, favor de atender a lo solicitado en la descripción del numeral 2.7 Pantalla LCD o Display TFT, para mostrar parámetros o valores de los programas, establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 6587, Respuesta: No se acepta ofrecer Pedal monopol para corte y coagulación, impermeable, de bajo perfil, con cable de conexión de 4.57m, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.3 Pedal monopol para corte y coagulación, (incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, (el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo, adicionalmente deberá cumplir con lo solicitado en el numeral 1.1.3 Para el pedal.- Cumplimiento de la norma IEC 60529 o su correspondiente al país de origen. Se precisa que para dar cumplimiento a la característica solicitada para los pedales (monopolar y bipolar) en los numerales 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 (según sea el caso), el licitante deberá comprobar el cumplimiento de alguno de los grados de protección IPX4 IPX5, IPX6, IPX7 o IPX8 referidos en la norma IEC - 60529.	Id DEM: 6588, Respuesta: Se acepta ofrecer diferentes intervalos de tiempo que son 5,10, 15, 30 minutos y 1, 2 y 4 horas como opción para el licitante. 2.7.9.5.3 Modos para la toma de presión, de la "Partida 38 - Anestesia de
9	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	4	4122	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VISUALIZADOR DIGITAL YA QUE ES LA LITERATURA PROPIA DEL FABRICANTES. ¿SE ACEPTA?	Respuesta: No se acepta, favor de atender a lo solicitado en el numeral 2.7 Pantalla LCD o Display TFT, para mostrar parámetros o valores de los programas, establecido en la presente convocatoria.	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofrecer este punto como Display Digital que es la literatura que ocupa nuestro fabricante e indica el conjunto de niveles de potencia, ¿Se acepta?						
10	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	5	4124	EN CASO DE SER NEGATIVA NUESTRA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PEDAL MONOPOLAR IMPERMEABLE; YA QUE ES LA LITERATURA PROPIA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.3 Pedal monopol para corte y coagulación, (incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, (el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo, establecido en la presente convocatoria.	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofrecer Pedal monopol para corte y coagulación, impermeable, de bajo perfil, con cable de conexión de 4.57m, ¿Se acepta?						
11	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	8	5859	Se refiere la convocante a que los diferentes intervalos de tiempo son 5,10, 15, 30 minutos y 1, 2 y 4 horas, ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5859, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente	Nuestra solicitud versa en los 5, 10, 15, 30 minutos y 1, 2 y 4 horas donde se evidencian y establecen los diferentes intervalos de tiempo en los modos de la toma de presión, ¿Se acepta?						

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Cómp. subm. del Proceso	Nombre/Razón Social del Licitante	Reg. Junta Arbitral	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RENEGUNTA	RESPUESTA RENEGUNTA	Responde al ítem
12	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	5	4733	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE QUE DEBEMOS SUBIR EN LOS PARÁMETROS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES Y FOTOGRAFÍAS, CONTENIDOS EN PLATAFORMA COMPRANET, EN LAS PARTIDAS EN LAS QUE MI REPRESENTADA NO COTIZARA.	cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.9.5.3 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, favor de atender a la descripción solicitada establecida en la presente convocatoria. Id DEM: 4733, Respuesta: En caso de no participar en alguna partida, el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A SAVARE MEDIKA, ENTENDEMOS QUE EL NO ADJUNTAR NINGÚN DOCUMENTO AL PARÁMETRO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO, EL SISTEMA NOS PERMITIRÁ ENVIAR LA PROPUESTA SIN NINGÚN INCONVENIENTE, ASÍ COMO DEJARNOS FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE LA MISMA. ¿ES CORRECTO?	alta especialidad, Unidad de, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEMM
13	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	6	6031	DE ACUERDO AL CONOCIMIENTO CON EL QUE SE CUENTA, EL ESTIMULADOR CON LÁMPARA TIPO LED ES, POR MUCHO, MÁS LIGERO Y PORTABLE QUE EL XENON, QUE EL XENON, ADEMÁS DE SER ÉSTE ÚLTIMO MOTIVO COMÚN DE RUIDO EXTERNO. CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR LAS MEJORES CONDICIONES A LA CONVOCANTE, RECOMENDAMOS SE LE DE PREFERENCIA AL TIPO LED.	Id DEM: 6031, Respuesta: No realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.	DE ACUERDO AL CONOCIMIENTO CON EL QUE SE CUENTA, EL ESTIMULADOR CON LÁMPARA TIPO LED ES, POR MUCHO, MÁS LIGERO Y PORTABLE QUE EL XENON, ADEMÁS DE SER ÉSTE ÚLTIMO MOTIVO COMÚN DE RUIDO EXTERNO. CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR LAS MEJORES CONDICIONES A LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR LÁMPARA LED. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6590, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar LÁMPARA LED, como opción para el punto 2.1.1.1 Con lámpara de xenón o de LED, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
14	OURUX, S.A. DE C.V.	7	4851	"ANEXO No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión. D. Capacitación y entrega de información de operación y servicio." De no ser posible otorgar la capacitación correspondiente al momento de la entrega del equipo, por causas no atribuibles al proveedor adjudicado: ¿Se realizará la recepción de los equipos sin objeciones de presentarse esta situación, por parte de las Unidades Médicas de destino de los equipos, para	No es correcta su apreciación, con lo solicitado en el Anexo No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, acorde al inciso D. Capacitación y entrega de información de operación y	SE LE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE EL PLANTEAMIENTO DEL LICITANTE AL CUAL SE HACE REFERENCIA EN LA PRESENTE PREGUNTA DERIVA DE LA EXPERENCIA QUE TANTO ESTE COMO OTROS LICITANTES HEMOS TENIDO COMO RESULTADO DE LAS ADJUDICACIONES CON ESTE Y OTROS INSTITUTOS. LA PREGUNTA DEL LICITANTE: ENTENDEMOS INTENTA HACER CONOCIMIENTO AL INSTITUTO QUE POR CAUSAS ATRIBUIBLES A ESTE NO DEBE DE LIMITAR CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE PAGO YA QUE MUCHAS VECES CUMPLIR AL	Id DEM: 6591, Respuesta: Se le aclara a la licitante que dicha situación deberá acordarla, en su caso, con el Administrador de Contrato y el personal usuario de las Unidades Médicas, debiendo en todo momento asegurar la programación de los cursos de capacitación necesarios para el uso y manejo del equipo médico entregado, debiendo acreditar en todo caso que el motivo del incumplimiento de algún requisito no es por causas imputables al licitante adjudicado, para efectos del	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de identificación del ítem	Nombre y Razón Social del Licitante	Referencia al ítem	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA/ REFERENCIA	Observaciones
15	OURUX, S.A. DE C.V.	8	continuar trámite de pago? Con las precisiones necesarias en el acta respectiva, entre ellas de compromiso de realización de la capacitación en cuanto la Unidad Médica del Instituto se encuentre en posibilidades de recibir esa capacitación.	servicio, la capacitación se deberá llevar a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto, quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro del término de la vigencia de la garantía, a solicitud del instituto, siendo necesario establecer con el Administrador de Contrato y el personal usuario de las Unidades Médicas la programación de los cursos de capacitación necesarios para el uso y manejo del equipo médico entregado, debiendo cumplir el 100% de requisitos para efectos del pago correspondiente.	100% EN TIEMPO Y FORMA CON LA INSTALACION Y/O CAPACITACION NO ES PROPIAMENTE RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO SI NO DE CADA UNIDAD MEDICA.	efectos del pago correspondiente.	
15	OURUX, S.A. DE C.V.	8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL POR FAMILIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su solicitud de presentar contratos o pedidos por familia o por producto similar, para acreditar el requisito el numeral 2.4 Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia o especificaciones, establecido en la presente convocatoria.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR ¿POR QUÉ? EN SU RESPUESTA HACE REFERENCIA A CONTRATOS Y/O PEDIDOS POR FAMILIA SI EL NUMERAL 2.4 EN LAS BASES HACE REFERENCIA A NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES O ESPECIFICACIONES. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NUEVAMENTE DAR RESPUESTA CLARA Y CONCRETA A LA PREGUNTA PLANTEADA POR EL LICITANTE.	Id DEM: 6592, Respuesta: Se adara que no se acepta presentar por familia la documentación para acreditar el requisito del numeral 2.4 Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia o Especificaciones, establecido en la presente convocatoria.	
16	OURUX, S.A. DE C.V.	9	ANEXO 1.6 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICO ADMINISTRATIVA. 2.1- EXPERENCIA Y 2.2 ESPECIALIDAD.DADO QUE EN LA PAGINA COMPRANET EXISTE UN SOLO	No se acepta su solicitud. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocante,	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DAR NUEVAMENTE RESPUESTA DE MANERA CLARA Y PRECISA AL LICITANTE DEBIDO A QUE EN REITERADAS OCASIONES OFRECE LA MISMA	Id DEM: 6593, Respuesta: En las respuestas brindadas por la Convocante en la presente pregunta Id DEM 3487 las Id DEM 3489, 4572, 4573, 4726, 4652, 4609, 4610 y 4845 se brindó la	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Subproyecto	Número o Razón Social del Licitante	Fecha de Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPERCUTIDA	RESPUESTA REPERCUTIDA	Antes que termine
17	OURUX, S.A. DE C.V.	12	4603	PARAMETRO PARA SUBIR ESTA INFORMACION Y DEBIDO A QUE EN EL CASO DE MI REPRESENTADA LOS CONTRATOS SON LOS MISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS RUBROS, SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE SUBIR UNA SOLA VES LA CARPETA DE CONTRATOS QUE CORRESPONDEN AL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PUNTOS, ESTO TAMBIEN CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL TAMAÑO DEL ARCHIVO Y FACILITAR LA CARGA AL SISTEMA. SE ACEPTA?	para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema CompraNet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.	RESPUESTA SIN SER LA INFORMACION CLARA YA QUE NO DEFINE SI SE DEBE O NO PRESENTAR UNA SOLA VEZ UN MISMO CONTRATO CAPAZ DE CUBRIR MAS DE UNA PARTIDA (EJEMPLO : CENTRALES DE MONITOREO) LO ANTERIOR CON EL FIN DE EVITAR DUPLICIDAD DE LA INFORMACION Y HACER MENOS PESADOS LOS ARCHIVOS. SE REALIZA LA OBSERVACION DE QUE SE INTERPRETA LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERO " NO ACEPTA LA SOLICITUD " Y POSTERIORMENTE EN SU EXPLICACION PARECIERA QUE SI.	debida respuesta en el sentido de que No se aceptaba su solicitud respecto a "QUE SE ACEPTE SUBIR UNA SOLA VEZ LA CARPETA DE CONTRATOS REFERENCIANDO QUE CORRESPONDEN AL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PUNTOS". A su vez se aclara nuevamente que se acepta como opción que en el parámetro habilitado en CompraNet por el área Convocante, para cada uno de los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad presentar los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Con relación a la aclaración de la Convocante respecto a que se "...ha habilitado una sección específica en el sistema CompraNet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.", se rectifica y solicita a todos los licitantes tomen en consideración que la sección habilitada se denomina "1.3 4.1.4 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", lo cual es aplicable a su vez en las respuestas otorgadas con Id DEM 3487, 3489, 4572, 4573, 4726, 4652, 4609, 4610 y 4845.	DEM/DEM M

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha de Recepción de la Propuesta	PREGUNTA	RESPUESTA	REVALUACIÓN	RESPUESTA A REVALUACIÓN	Procedimiento
18	GRUPO ADDIM, S. A. DE C. V.	6	segundo	la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.	ANEXOS 5 (ECONOMICO) Y ANEXO 12 (DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS). POR LO TANTO LO QUE SE REQUIERE SABER ES SI ESTOS FORMATOS SE PRESENTARÁN DE MANERA INDIVIDUAL, ES DECIR, POR PARTIDA O A RENGLO SIGUIENDO. FAVOR DE ACLARAR.	formato relativo al Anexo No. 12 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", por partida y en la secuencia numérica propuesta por el Instituto, pudiendo presentar la información de su propuesta técnica solicitada en dicho formato, a renglón seguido, lo que no será motivo de desechamiento de su propuesta. Para el caso particular del Anexo 5, resulta procedente señalar que el licitante podrá requisitar el referido anexo, a renglón seguido, eliminando los renglones de las partidas en las que no participe.	DEM
19	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	7	GENERAL DE BASES PEDIMOS A LA CONVOCANTE, TENGA A BIEN SOLICITAR, A LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE EVENTO; PRESENTEN CARTA ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA; EN LA CUAL SE MANIFIESTE EL APOYO SOLIDARIO DE LAS CLAVES REQUERIDAS EN SU ANEXO 1; ESTO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 3735, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	Solicitamos a la Convocante nos aclare con la sola presentación de Registro Sanitario, copia, de ISO 9001 o ISO 13485, FDA ó CE, el Instituto corroborará que el Licitante cuenta con el apoyo del fabricante, sin ser necesario la presentación del apoyo por escrito, ¿Es correcto? No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	Id DEM: 6595, Respuesta: Se reitera que la carta de apoyo del Fabricante de los bienes no es un requisito solicitado en la presente Convocatoria. Los licitantes participantes deberán asegurarse de contar con lo necesario para la presentación de su proposición técnica y en su caso, para el cumplimiento del contrato al cual se obliguen de resultar adjudicados. Por lo que se reitera que los licitantes deberán ajustarse a lo requerido por la convocatoria, lo cual se encuentra debidamente descrito en la presente Convocatoria.	DEM
19	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE CONSIDERE QUE LA ESPECIFICACIÓN DE NIVEL DE RUIDO INTERNO SEA MENOR A 1.5 µV PICO PICO DE 1 A 100 HZ, CON LA INTENCIÓN DE ACTUALIZAR LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS CON LAS QUE SE CUENTAN HOY EN DÍA, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6032, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.2.3 Nivel de ruido interno menor a 3 µV pico-pico en el rango de 0.1 a 100 Hz, establecido en la presente convocatoria. / cédula de descripción del artículo	CON LA INTENCIÓN DE ACTUALIZAR LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS CON LAS QUE SE CUENTAN HOY EN DÍA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE DEBA OFERTAR LA ESPECIFICACIÓN DE NIVEL DE RUIDO INTERNO MENOR A 1.5 µV PICO PICO DE 1 A 100 HZ, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6596, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar NIVEL DE RUIDO INTERNO MENOR A 1.5 µV PICO PICO DE 0.1 A 100 HZ como opción para el punto 2.1.2.3 Nivel de ruido interno menor a 3 µV pico-pico en el rango de 0.1 a 100 Hz, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Ejecutivo Federal de las Compras Públicas	Nombre o Razón Social del Licitante	Representante Legal	Presupuesto	Pregunta	Respuesta	Referencia	Respuesta a la Pregunta	Observaciones
20	OURUX, S.A. DE C.V.	13	4632	Como numeral 4.1.5 se indica que los licitantes deben incluir "4.1.5 Impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual el personal de la División de Equipamiento Médico (DEM), indique la hora y fecha agendada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de área técnica llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, conforme a lo descrito en el numeral "5.2.8 Demostración de las características ofertadas". Solicitamos a la convocante indicar el Tiempo de respuesta comprometido por el Instituto para emisión del documento por el que el personal del Instituto indique la fecha u hora agendada a efectos que de resulte posible incorporarlo a la proposición del licitante.	El tiempo de respuesta a la solicitud de agendar fecha para el Acto de Demostración de Características Ofertadas, conforme a lo descrito en el numeral "5.2.8 Demostración de las características ofertadas" será de 24 horas siguientes a la fecha de y hora de recepción de dicha solicitud realizada por los licitantes, por la vía señalada.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR NOMBRE, TELEFONO, TENGAS LAS FACULTADES DE OFRECERLE A LOS LICITANTES ATENCION DIRECTA YA QUE EL CONTACTO UNICAMENTE POR CORREO ELECTRONICO NO GARANTIZA LA RESPUESTA DEL INSTITUTO EN UN MAXIMO DE 24 HORAS LO ANTERIOR TODA VEZ CON EL FIN DE EVITAR CUALQUIER FALLA DEL SISTEMA.	Id DEM: 6597, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que los licitantes que participen en las partidas que requieren Demostración de Características Ofertadas deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, para llevar al cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División.	DEM
21	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	6	5847	Se refiere la convocante y con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la inhabilitación de las alarmas activando la tecla que interrumpe la señal acústica de la alarma por un valor software preconfigurado, desde la última presión de la tecla, sin que esto demerite el procedimiento con paciente en sala con el suministro de la mezcla gases soporte ventilatorio, monitoreo hemodinámico y comportamiento de los gases con sus respectivas alarmas ¿Se acepta?	Id DEM: 5847, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo en el numeral 2.8 Funcionamiento de la unidad de anestesia con modo bypass cardiaco, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral establecido en la cédula de descripción del artículo.	La referenciación solicitada para la libre participación es de acuerdo a nuestra tecnología habilitando la tecla que interrumpe la señal acústica de las alarmas que se activan en los límites alto-bajo de los valores configurados por el software, ¿Se acepta?	Id DEM: 6598, Respuesta: Se acepta ofertar tecla que interrumpe la señal acústica de las alarmas que se activan en los límites alto-bajo de los valores configurados por el software para el numeral 2.8 Funcionamiento de la Unidad de Anestesia con modo bypass cardiaco, de la cédula de descripción de artículo de la "Partida 38 -Anestesia de Alta Especialidad, Unidad de toda vez que se demuestre que el equipo a ofertar cuenta con la modalidad de funcionamiento con el modo bypass cardiaco, ya que la característica que el licitante refiere en la pregunta original y la re pregunta, no clarifica si el equipo a ofertar puede realizar la función solicitada. Para demostrar la característica solicitada podrá hacer uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Clave de Registro	Nombre del Proveedor	Respuesta	Pregunta	Id. DEM	Respuesta	Respuesta	Atención
22	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	7	Es correcto entender que el equipo debe ser capaz de tratar a pacientes adultos y pediátricos menores a 8 años o menor a 25 kg de peso con el mismo electrodo o almohadilla para desfibrilación sin accesorios o parches adicionales, ¿Es correcta nuestra apreciación?	5952	Id DEM: 5952, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.12 Con capacidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Se solicita a la convocante, se nos permita ofertar un equipo incluya modo semiautomático (DEA) para pacientes adultos y pediátricos, con el objetivo de contar con dicho modo ante una situación de emergencia, sea cual sea, el tipo de paciente. ¿Se acepta?	DEM
23	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de CV.	7	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofrecer un equipo de mamografía con crecimiento futuro a estereotaxia ya que con esa opción también se puede ver el tejido tumoral y también proporciona información sobre el tipo y grado del tumor ayudando así a identificar los nódulos mamarios. ¿Se acepta??	6554	Id DEM: 6554, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 6559, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Equipo para desfibrilación manual, modo DEA), semiautomático (modo DEA), cardioversión, monitoreo continuo integrado y con sistema para aplicar marcapaso externo trasculáneo, descrito en el numeral 2.1.5 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
						Id DEM: 6600, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D establecido en la presente convocatoria.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código Código Respuesta	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha Recibida del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTANTE	RESPUESTA RE-PREGUNTA	Fecha de Respuesta
24	OURUX, S.A. DE C.V.	14	4652	PUNTOS: 2.1 EXPERIENCIA 2.2 ESPECIALIDAD 3. CUMPLIMIENTO DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE PRESENTAR UN SOLO JUEGO DE CONTRATOS CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO. PARA CUBRIR ESTOS 3 PUNTOS, ¿ES CORRECTO?	No es correcta su apreciación. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Dentro de la evidencia documental para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos no se requiere la presentación del contrato, en el entendido de que el otorgamiento de puntos en este Rubro, se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, debiendo presentar en este Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos alguno de los documentos	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SER CLARA EN SU RESPUESTA YA QUE LA RESPUESTA QUE OFRECE A LA MISMA PREGUNTA EN REITERADAS OCASIONES ES CONFUSA E INTERPRETATIVA Y POR LO TANTO NO OFRECE UN PARAMETRO DE EVALUACIÓN CLARO PARA TODOS LOS LICITANTES.	Id DEM: 6601, Respuesta: La respuesta otorgada a la licitante aclara lo solicitado por la convocante para los Subrubros referidos por la licitante. El licitante refiere en su pregunta original lo siguiente: "DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE PRESENTAR UN SOLO JUEGO DE CONTRATOS CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO". A lo cual se respondió que no es correcta su apreciación Asimismo se reitera y aclara nuevamente que se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocante, para cada uno de los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad presentar los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Con relación a la aclaración de la Convocante respecto a que se "...ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.", se rectifica y solicita a todos los licitantes tomen en consideración que la sección habilitada se denomina "1.3 4.1.4 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", lo cual es aplicable a su vez en las respuestas	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-EB-2017



Código del ítem	Nombre del Proveedor	Valor estimado del ítem	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Respuesta
25	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3	4340	Solicitamos a la convocante nos permita hacer referencia a este punto como: Entrada de alta presión de aire y oxígeno con colectores de agua en el panel posterior del equipo indicando marca, modelo y/o número de catálogo, ¿se acepta?	definidos en el Anexo No. 1.6 de la presente convocatoria para dicho rubro, según corresponda a cada caso concreto, debidamente referenciados para cada partida a ofertar y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema CompraNet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.			otorgadas con Id DEM 3487, 3489, 4572, 4573, 4726, 4652, 4609, 4610 y 4845.
26	BIOABAST S.A.	1	4390	Solicitamos a la convocante se nos permita	No se acepta su solicitud.	Solicitamos a la convocante poder ofertar		Id DEM: 6602, Respuesta: Se acepta ofertar y hacer referencia a este punto como entrada de alta presión de aire y oxígeno con colectores de agua en el panel posterior del equipo indicando marca, modelo y/o número de catálogo, en el entendido que se estará entregando el equipo de ser adjudicados con 2 reguladores interconstruidos al equipo, como opción para el punto 3.2 Reguladores de presión integrados para el suministro de gases (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código único para el Registro Público	Nombre y Razón Social del Licitante	Rol que juega el Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPLICA PREGUNTA	RESPUESTA A REPREGUNTA	Asesor Jurídico
27	DE C.V.			ofertar un equipo de intubación endotraqueal con iluminación de halógeno a través de fibra óptica de 2.5 volts, ¿Se acepta nuestra propuesta?	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3.3 iluminación de xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	iluminación halógena a través de fibra óptica ya que esto no afecta en el procedimiento clínico ¿Se acepta?, En caso de que la respuesta sea negativa favor de motivar y fundamentar la respuesta técnica y clínicamente	su solicitud de ofertar iluminación halógena en virtud de que contrano a lo que señala la licitante, esta característica no es requerida de esa forma por el Instituto. Se acepta como opción ofertar para el numeral 2.1.3.3 iluminación de halógeno-xenón, xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.	DEM
28	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	9	6491	Pregunta: no se especifica la programación de ventilación por peso corporal ideal. Entendemos que como herramienta de rápida puesta en marcha del equipo, deberá contar con dicha herramienta. Es correcto?	Id DEM: 6491, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	Se solicita amablemente a la convocante reconsiderar la integración del programa de ventilación por peso corporal idea. ¿Se acepta?	Id DEM: 6604, Respuesta: No se acepta su solicitud, la convocante requiere que el equipo a ofertar por los licitantes cumpla con lo descrito en la cédula de descripción del artículo para la "Partida 43 - Ventilador adulto-pediátrico", por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto Sin embargo, el licitante podrá ofertar la integración del programa de ventilación por peso corporal ideal, toda vez que cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciar dicha característica para la Partida 43.	DEM
29	Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO, SA DE CV	7	6281	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "TUBO DE RAYOS X CON 2 PUNTOS FOCALES EN MM, UNO DE ELLOS DE 0.7MM O MENOR Y DE 1.2 O MENOR, LO CUAL NO TIENE NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA CON EL PACIENTE Y PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN SIN PROBLEMAS DE LOS ESTUDIOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6281, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1 Tubo de rayos X con 2 o 3 puntos focales en mm, uno de ellos de 0.5 o menor y de 0.8 o menor y en caso de un tercer punto 1.0 o menor., establecido en la presente convocatoria.	Se pide a la convocante reconsidere que el TUBO DE RAYOS X CON 2 PUNTOS FOCALES EN MM, UNO DE ELLOS DE 0.7MM O MENOR Y DE 1.2 O MENOR, LO CUAL NO TIENE NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA, ¿Se acepta?	Id DEM: 6605, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1 Tubo de rayos X con 2 o 3 puntos focales en mm, uno de ellos de 0.5 o menor y de 0.8 o menor y en caso de un tercer punto 1.0 o menor., establecido en la presente convocatoria.	DEM
29	Radiología y Electrónica de	7	4410	Numeral 2.30 Dice: Elastografía cuantitativa por compresión acústica u	Id DEM: 4410, Respuesta: Se acepta ofertar	Entendemos que existe un error ya que se encuentra incompleta la pregunta y la respuesta	Id DEM: 6606, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017




MEXICO

Código Único de Registro	Nombre y Apellido Solicitante	Fecha de Entrega del Documento	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA A PREGUNTA	Observaciones	
	México S.A. DE C.V.			ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para medición de m/s y/o KPa. Para garantizar resultados clínicos confiables, específicamente en el diagnóstico de fibrosis hepática, recomendamos ampliamente a la convocante considere requerir que en el reporte de resultados del ultrasonido se calcule y despliegue la relación inter-cuartil (RIC) la cual proporciona al usuario un índice de validación clínica (elastografía cuantitativa por compresión acústica u ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para aplicaciones de mama y abdomen con medición de m/s y/o KPa con reporte de resultados del ultrasonido calcule y despliegue la relación inter-cuartil (RIC) la cual proporciona al usuario un índice de validación clínica (otorgada y ésta característica se podrá ofertar sin ser obligatorio para los demás licitantes ¿Es correcta mi apreciación?		
30	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2	4335	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar y hacer referencia a este parámetro como presión límite, de acuerdo a nuestra nomenclatura ¿Se acepta?	Id DEM: 4335, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.3 Presión inspiratoria (cm H2O) establecido en la presente convocatoria.	Entendemos que la convocante en este punto se refiere a la inspiración máxima alcanzada en cada inspiración entregada al paciente y la unidad de medida es cm H2O, que de acuerdo a nuestra tecnología y nomenclatura la presión límite es la presión máxima alcanzada en cada inspiración entregada al paciente y su unidad de medida es cmH2O. Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6607, Respuesta: No es correcta su apreciación, la convocante no se refiere a la inspiración máxima alcanzada en cada inspiración entregada al paciente. En el numeral 2.3.3 Presión inspiratoria (cmH2O) se solicita que el equipo a ofertar permita el control y ajuste de la Presión Inspiratoria en cmH2O la cual se puede relacionar con la Presión Inspiratoria Máxima, que es la presión máxima alcanzada en una inspiración. Se solicita que el licitante oferte y refiera un equipo que cumpla con lo establecido en el numeral 23.3. Sin embargo, se acepta ofertar presión límite, que como lo refiere el licitante en su pregunta, acorde a su tecnología y nomenclatura es la presión máxima alcanzada en cada inspiración entregada al paciente y su unidad de medida es cmH2O, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
31	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	7	4595	4. Requisitos de los Licitantes deben cumplir En caso de que algún Anexo o documento que NO nos aplique, solicitamos amablemente a la convocante	Id DEM: 4595, Respuesta: No se acepta su solicitud. En caso del numeral 4.1.5, "...conforme a lo descrito	Solicitamos al Instituto nos aclare el motivo por el cual no aceptar presentar un documento de NO APLICACIÓN para algunos puntos, ya que la respuesta dada por la Convocante a este punto	Id DEM: 6608, Respuesta: Se le reitera a la licitante que no es necesario presentar escritos con la leyenda "No APLICACIÓN" para los puntos	

Página 15 de 219

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código catálogo Bases de licitación	Nombre o Razón Social del licitante	Representante del licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Fecha de abandono
				nos permita presentar un escrito libre Bajo protesta de decir verdad que dicho punto NO APLICA, ¿Se acepta nuestra solicitud?	en el numeral 5.2.8 "Demostración de las características ofertadas...", para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", "...para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada..."; para el caso del numeral 4.1.6, "...Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin	no es clara y precisa conforme al artículo 33 bis de la Ley. Solicitamos a la Convocante dar respuestas claras y precisas y no confusas o respuestas de puntos no preguntados por los licitantes.	señalados en los numerales de la respuesta otorgada con Id DEM: 4595. Deberá presentar los Anexos y documentación con la leyenda de No Aplica solo e aquellos puntos en los que de manera específica se solicitan, ejemplo el Anexo 1.6 "Criterios de Evaluación Técnico Administrativa" en los subrubros de Personal con Discapacidad, Participación de MIPYMES y Políticas y Prácticas de Igualdad de género.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código Autónomo Fiscal del Estado	Nombre o Razón Social del Licitante	Forma de Pago del Licitante	Id DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Alcance Adicional
32	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	8	4603	Se deberá presentar un solo formato por partida o podrá elaborarse a renglón	restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0...; para el caso del numeral 4.1.7 "...de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria..."; "...Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las Instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones"...; "...Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias..."; Partida 1 Angiografía arco monoplanar, Partida 2 Mastografía digital de campo completo. En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.			
						</		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Rubro Bases de Licitación	Nombre y Apellido del Solicitante	Código Rubro Bases de Licitación	Presencia	RESUESTA	REPUESTA	RESPUESTA REPUESTA	Asignación de Puntos			
33	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	9	4631	Numeral 4.1.1 ¿Es correcto entender que los licitantes podrán ofertar características iguales o superiores a las establecidas en la convocatoria y sus anexos, por lo que la proposición de características inferiores resultaría en desechamiento de la proposición?	seguido	precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.	respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	pretende sea dirigida la aclaración que solicita, por lo que, en el supuesto sin conceder de que se refiera al formato de la Cédula de Descripción del artículo contenido en el Anexo 1.2 se solicita amablemente considerar un formato por partida, lo que permite a los licitantes facilitar la presentación de sus proposiciones no obstante, se acepta como opción presentar la información de su propuesta técnica solicitada en dicho formato, a renglón seguido, lo que no será motivo de desechamiento de su propuesta.	Id DEM: 6610, Respuesta: No es correcta su apreciación, para mayor precisión y entendimiento se aclara que aquellos licitantes que no solicitaron la aceptación de oferta de una característica superior a la solicitada de una partida en particular, durante la Junta de Aclaraciones, en el supuesto de que en su propuesta oferte características superiores a la solicitada su aceptación quedará sujeta al criterio del área técnica, que verificará si las mismas superan y comprenden las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	DEM
34	OURUX, S.A. DE C.V.	15	4612	En lo relativo al cumplimiento de contratos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso d), fracción I, Lineamiento Octavo, Sección Segunda, Artículo Segundo denominado a "Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y	SE LE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS RUBROS EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y MAS IMPORTANTE : CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LOS LICITANTES NO PRESENTARAN ÚNICAMENTE DOCUMENTACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR TAL MOTIVO EL LICITANTE MI REPRESENTADA ASI COMO OTROS LICITANTES CONCUERDAN EN EL HECHO DE QUE ES INDISPENSABLE QUE LA	Id DEM: 6611, Respuesta: Se refiere que no se acepta su solicitud en virtud de que en momento alguno se limita la libre participación, toda vez que lo requerido por la Convocante dentro de la documentación solicitada para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos definidos en el Anexo No. 1.6 de la presente convocatoria permite la presentación de diversas opciones para	Id DEM: 6610, Respuesta: No es correcta su apreciación, para mayor precisión y entendimiento se aclara que aquellos licitantes que no solicitaron la aceptación de oferta de una característica superior a la solicitada de una partida en particular, durante la Junta de Aclaraciones, en el supuesto de que en su propuesta oferte características superiores a la solicitada su aceptación quedará sujeta al criterio del área técnica, que verificará si las mismas superan y comprenden las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	DEM		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Código de compra	Nombre y razón social del participante	No. punto de venta del participante	ID de esta oferta	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	REVISIÓN / APROBACIÓN	REVISIÓN / APROBACIÓN
35	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	1	3489	Servicios Relacionados con las Mismas", el cual refiere que: "Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a los bienes de la misma naturaleza entregados con anterioridad, así como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento correspondiente, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento." Solicitamos, sea aplicado dicho lineamiento y la convocante acepte también "cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento", y que brinde certeza jurídica del cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Se acepta?	rubro, según corresponda a cada caso concreto, debidamente referenciados para cada partida a ofertar y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos, en lo cual se puede verificar diversas opciones para el cumplimiento de este rubro, conforme a los Lineamientos señalados por el licitante.	CONVOCANTE ACEPTA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CON EL QUE SE CORROBORE DICHO CUMPLIMIENTO YA QUE ANTE SU RESPUESTA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE NO CONSIDERA QUE SUS PROCEDIMIENTO INTERNOS PARA LA ENTREGA, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CAPACITACION ASI COMO REMISION DE ENTREGA SON LOS MISMOSFORMATOS/ ANEXOS/ DOCUMENTOS QUE SOLICITAN EN TODAS LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DAR NUEVAMENTE RESPUESTA A LA PREGUNTA INICIALMENTE PLANTEADA POR EL LICITANTE.	el cumplimiento de este Rubro, conforme a los Lineamientos señalados por el licitante, contemplando los diferentes supuestos en los que se pueden ubicar los licitantes sea con Dependencias y/o Instituciones Públicas o Privadas.	Id DEM: 6612, Respuesta: Se aclara que en el parámetro 1.3 4.1.4 de Compranet, solo deberá subir y presentar el Anexo 1.6 "Criterios de Evaluación Técnico Administrativa" debidamente requerido. En los parámetros que se habilitarán en Compranet Z0 Anexo 1.6, Z1 "Capacidad del Licitante", Z2 "Experiencia y Especialidad" y Z3 para "Cumplimiento de Contratos" deberá incluir o subir la documentación correspondiente relativa a Puntos y Porcentajes de dichos Rubros y subrubros.
				PAGINA COMPRANET DENTRO DE LOS PARAMETROS PUNTO 1.1.- 4.1 PROPOSICION TECNICA EN EL PUNTO 1.1.3 SOLICITAN ANEXO No. 1.6 ADJUNTANDO LA INFORMACION QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS RUBROS, SOLICITAMOS QUE EN ESTE PUNTO SE NOS PERMITA AGREGAR UN ESCRITO DONDE MANIFESTEMOS QUE DICHA INFORMACION SE AGREGA EN EL PARAMETRO 1.3.- 4.1.4 DOCUMENTACION RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES, ESTO PARA NO DUPLICAR LA INFORMACION ADEMAS QUE POR EL TAMAÑO DEL ARCHIVO COMPLETO SERA IMPOSIBLE QUE SE PUEDA SUBIR EN UN SOLO PARAMETRO TODA LA INFORMACION. SE ACEPTA?	Id DEM: 3489, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA NOS CONFIRME QUE EN EL NUMERAL 1.1 4.1 PARAMETRO 4.1.4 DE COMPRANET, SOLO SE DEBERA DE INGRESAR REQUISITADO EL ANEXO No. 1.6 Y EN EL NUMERAL 1.3 4.1.4 PARAMETROS Z0, Z1, Z2 Y Z3 DE COMPRANET LA DOCUMENTACION REFERENTE A PUNTOS Y PORCENTAJES.	Id DEM: 6612, Respuesta: Se aclara que en el parámetro 1.3 4.1.4 de Compranet, solo deberá subir y presentar el Anexo 1.6 "Criterios de Evaluación Técnico Administrativa" debidamente requerido. En los parámetros que se habilitarán en Compranet Z0 Anexo 1.6, Z1 "Capacidad del Licitante", Z2 "Experiencia y Especialidad" y Z3 para "Cumplimiento de Contratos" deberá incluir o subir la documentación correspondiente relativa a Puntos y Porcentajes de dichos Rubros y subrubros.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Número Número Número	Nombre y Razón Social de la Empresa	Razón Social de la Empresa	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Respuesta
36	Dräger Medical México, S.A. de C.V.		6394	DEBIDO QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN EN DESUSO LOS CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR CIRCUITOS DESECHABLES, 10 CIRCUITOS DESECHABLES ADULTO, 10 CIRCUITOS DESECHABLES PEDIÁTRICOS EN SUSTITUCIÓN DE LOS CIRCUITOS REUSABLES. ¿SE ACEPTA?	Se acepta ofertar circuitos desechables, 10 circuitos desechables adulto, 10 circuitos desecharables pediátricos en sustitución de los circuitos reusables siempre que cumpla con las características de los tubos reusables del punto 3.2. Dos circuitos de pacientes reusables y esterilizables, con tubos corrugados de al menos 1.2 m de longitud, pieza en "Y" y codo (indicar marca, modelo y/o número de parte); sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	el sistema ComprNet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.	En razón que se acepta el ofertar circuitos desechables en sustitución de los circuitos reusables solicitados y dado que la bolsa de ventilación se incluye en el circuito mismo, se deberá entender que podrán ofertarse bolsas de ventilación desecharables al ser estas también un riesgo inminente de contaminación cruzada. ¿Es correcto?	Id DEM: 6613, Respuesta: Se acepta ofertar bolsas de ventilación desechables, toda vez que cumple con las características de los numerales 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6613, Respuesta: Se acepta ofertar bolsas de ventilación desechables, toda vez que cumple con las características de los numerales 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
37	CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.		4960	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por normatividad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3- 2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma	Id DEM: 4960, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 Con batería interna recargable,, 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora,, 2.3.17.2 Con cargador interconstruido,, 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla,, establecido en la presente cédula de	Entendemos entonces que debido a que las necesidades del área médica son contar con un respaldo de emergencia y de esta forma evitar cualquier imprevisto deberemos ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos, así aumentando la capacidad de rendimiento operativo de los equipos a ofertar, ¿Es correcto?	Id DEM: 6614, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6614, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6614, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Registro Único de Proponentes	Nombre o Razón Social del Licitador	Fecha de la Licitación	ID de la Licitación	PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA/PREGUNTA	Aclaración
38	OURUX, S.A. DE C.V.	16	4746	<p>Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta en que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes, ¿se acepta?</p> <p>2. Experiencia y especialidad del licitante. Dice "bienes de iguales o similares características..." Pregunta: Se le solicita atentamente a la convocante, defina en el punto anterior que bienes podrá aceptar como "similares características". Favor de aclarar.</p>	<p>Se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación. Si requiere conocer una respuesta sobre un caso en particular de la documentación con la que cuenta el licitante, se le exhorta a ejercer su derecho de preguntar y plantear su pregunta específica.</p>	<p>SE LE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE SU RESPUESTA OTORGADA ES EXACTAMENTE LA MISMA QUE SE DESCRIBE EN LAS BASES Y NO RESPONDE A LO QUE EL LICITANTE EN CUESTION REQUIERE CONOCER. PARA MI REPRESENTADA LA RESPUESTA OTORGADA ES COMPLETAMENTE INTERPRETATIVA Y NO OFRECE NINGUN PARAMETRO CLARO PARA LA EVALUACION DE LOS RUBROS EN CUESTION YA QUE LA CONVOCANTE NO DEFINE LO QUE SIGNIFICA EN SU CRITERIO CARACTERISTICAS SIMILARES, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES. FAVOR DE ACLARAR NUEVAMENTE</p>	<p>Id DEM: 6615, Respuesta: En la respuesta anterior a la pregunta original se aclaró a la licitante la pregunta genérica que realizó sobre "qué bienes podrá aceptar como "similares características", informando a la licitante qué esto se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación, conforme a la partida en la que participen, brindando la debida respuesta su pregunta.</p> <p>Adicionalmente, se aclara que se entenderá bienes con "similares características" a aquellos que se ubiquen en alguno de los supuestos anteriormente señalados, es decir que por semejanza o analogía los bienes descritos en los contratos o pedidos que presenten para los subrubros de Experiencia y Especialidad, son bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en la partida en la que</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Orden de Licitación	Administración Subordinada	Fecha de Recepción	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESOLUCIÓN DE RESPUESTA	ABRIR EN SU MOMENTO
39	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	2	4676	¿SE REFIERE ÚNICAMENTE PARA LA PARTE DE LA CONVOCANTE? ES DECIR ESTE NÚMERO SOLO DESCRIBE QUE PARA EFECTOS DE REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS LA CONVOCANTE NO IMPRIMIRÁ TODOS LOS DOCUMENTOS ÚNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA. QUEDA CLARO QUE POR PARTE DE LOS LICITANTES SI SE RUBRICARÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE MANERA AUTOGRÁFA, PARA SER ESCANEADAS Y ASÍ SUBIRLAS AL PORTAL, FAVOR DE PRECISAR.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento. De conformidad con el numeral 3.7 Rúbrica en documentos en el acto de presentación y apertura de proposiciones, "...la(s) proposición(es) económica(s) Anexo No. 5 se imprimirá(n) y rubricará(n) por el servidor público que preside el acto de conformidad con el artículo 35, fracción II de la LAASSP."	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE SOLO LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁN DE RUBRICAR DE MANERA AUTOGRÁFA, QUEDANDO EXCLUIDOS LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD, ASÍ COMO MANUALES Y/O CATALOGOS. YA QUE EL PUNTO 3.7 DE LAS BASES HACE REFERENCIA A LA FIRMA POR PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	participen. Como ejemplo y para un mejor entendimiento del licitante, se le exhorta consultar las respuestas otorgadas a los Id DEM 793 y 794, sobre bienes si y no aceptados como de "similares características". En atención a la pregunta formulada, resulta procedente señalar que conforme al número 3.3. de la convocatoria: Los licitantes deberán enviar su proposición firmada electrónicamente, conforme al proceso que se detalla en el numeral 6.3 "Envío y firma de proposiciones" (páginas 65 a 93) de la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de Compranet", disponible en la página de Compranet 5.0, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LAASSP y 50 de su Reglamento, así como numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet (ACUERDO), en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, siendo para los licitantes nacionales, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y para licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de Compranet que genera el mismo sistema, siendo la única manera de legítimar el consentimiento de los	DEMIA


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Producto y Servicios	Fecha de Recepción de Preguntas	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN	Asesorador	
40	Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO, SA de CV	10	4343	Con la finalidad de disminuir las Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica solicitamos a la convocante nos permita ofertar 20 circuitos desechables de PVC grado médico libres de látex que incluye adaptadores, conectores, rama caliente y trampa de agua indicando marca, modelo y/o número de catálogo, se acepta?	Id DEM: 4343, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Médicas.	Solicitamos a la convocante reconsidere permita ofertar 20 circuitos desechables de PVC grado médico libres de látex que incluye adaptadores, conectores, rama caliente y trampa de agua indicando marca, modelo y/o número de catálogo, se acepta?	licitantes para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho sistema. Lo anterior no impide que los licitantes, si lo consideran oportuno, rubriquen de manear autógrafa sus proposiciones técnica y económica, excluyendo los documentos de calidad, así como los manuales y catálogos.	DEM
41	OURUX, S.A. DE C.V.	17	4747	2.2 Especialidad del licitante. Dice "Y/o a los volúmenes o condiciones similares". Pregunta: Se le solicita atentamente a la convocante, defina en el punto anterior que podrá aceptar como "volúmenes y condiciones similares". Favor de aclarar.	Se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación. Si requiere conocer una respuesta sobre un caso en particular de la documentación con la que cuenta el licitante, se le exhorta a ejercer su derecho de preguntar y plantear su pregunta específica.	SE LE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE SU RESPUESTA OTORGADA ES EXACTAMENTE LA MISMA QUE SE DESCRIBE EN LAS BASES Y NO RESPONDE A LO QUE EL LICITANTE EN CUESTION REQUIERE CONOCER. PARA MI REPRESENTADA LA RESPUESTA OTORGADA ES COMPLETAMENTE INTERPRETATIVA Y NO OFRECE NINGUN PARAMETRO CLARO PARA LA EVALUACION DE LOS RUBROS EN CUESTION YA QUE LA CONVOCANTE NO DEFINE LO QUE SIGNIFICA EN SU CRITERIO CARACTERISTICAS SIMILARES, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES. FAVOR DE ACLARAR NUEVAMENTE	Id DEM: 6618, Respuesta: En la respuesta anterior a la pregunta original se aclaró a la licitante la pregunta genérica que realizó sobre "qué bienes podrá aceptar como "similares características", informando a la licitante qué esto se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación, conforme a la partida en la que participen, brindando la debida respuesta su pregunta. Adicionalmente, se aclara que se entenderá bienes con "similares características" a aquellos que se ubiquen en alguno de los supuestos	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017





Ítem	Nombre Comercial	Cantidad	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA
42	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	1	5947	Entendemos que el instituto busca hacer más eficientes los servicios de Hemodinamia dentro de la institución, razón por la cual, se está solicitando dentro de la cédula un ultrasonido intravascular para verificar la correcta posición del stent; aunado a esto, los equipos de ultrasonido pueden medir la fracción de flujo de reserva (FFR), con lo cual el medico puede decidir si es necesario colocar un stent o no, sin embargo para esta medición es necesario inyectar al paciente con un fármaco vasodilatador. Por dicha razón, es correcto entender que se deberá ofertar para dicho ultrasonido, la medición de iFR (instant wave free ratio) con la cual es posible realizar la colocación de stents sin necesidad de inyectar fármacos, en otras palabras, colocar únicamente los stents necesarios, reduciendo los costos por procedimientos y sin el uso de un fármaco vasodilatador innecesario. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5947, Respuesta: Se acepta ofertar ultrasonido intravascular para ver la colocación del stent incluyendo la medición de iFR (instant wave free ratio), como opción para el punto 3.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Se solicita amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, considerando que el Instituto que representa está en la posibilidad de adquirir la tecnología más avanzada disponible, por lo tanto al solicitar un ultrasonido intravascular con medición de iFR se reducen considerablemente los costos derivados de la colocación y uso innecesario de stents y fármaco vasodilatador, así mismo todos los licitantes pueden ofertarlo sin limitar la libre competencia. ¿Se acepta?	Id DEM: 6619, Respuesta: Se acepta ofertar ultrasonido intravascular para ver la colocación del stent incluyendo la medición de iFR (instant wave free ratio), como opción para el punto 3.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
43	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	10	4631	Numeral 4.1.1 ¿Es correcto entender que los licitantes podrán ofertar características iguales o superiores a las establecidas en la convocatoria y sus anexos, por lo que la	Id DEM: 4631, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte	Solicitamos a la Convocante nos aclare, en caso de ofertar características superiores a las solicitadas y no contar con la aceptación de la Convocante en la Junta de Aclaraciones, ¿Será	Id DEM: 6620, Respuesta: No es correcta su apreciación, para mayor precisión y entendimiento se aclara que aquellos licitantes que no solicitaron la

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre y Apellido del Solicitante	Fecha de la Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Observaciones
44	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	11	4631	proposición de características inferiores resultaría en desechamiento de la proposición?	el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	motivo de descalificación? No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	aceptación de ofertar de una característica superior a la solicitada de una partida en particular, durante la Junta de Aclaraciones, en el supuesto de que en su propuesta oferte características superiores a la solicitada su aceptación quedará sujeta al criterio del área técnica, que verificará si las mismas superan y comprenden las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	
44	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	11	4631	Numeral 4.1.1 ¿Es correcto entender que los licitantes podrán ofertar características iguales o superiores a las establecidas en la convocatoria y sus anexos, por lo que la proposición de características inferiores resultaría en desechamiento de la proposición?	Id DEM: 4631, Respuesta: Es correcto, siempre que la característica o especificación que oferte el licitante haya sido aceptada previamente en la correspondiente Junta de Aclaraciones o que a criterio del área técnica superen y comprendan las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	Solicitamos a la Convocante nos permita una ronda extra de repreguntas, ya que conforme a la respuesta dada por la Convocante, mi representación está ofreciendo características superiores a las solicitadas, pero no se hicieron preguntas, por lo cual solicitamos nos permita realizar posteriores preguntas. No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	Id DEM: 6621, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que la Convocante no tiene considerada la realización de ulteriores juntas de aclaraciones con motivo del plazo considerado para la entrega de los bienes. Para mayor precisión y entendimiento se aclara que aquellos licitantes que no solicitaron la aceptación de ofertar de una característica superior a la solicitada de una partida en particular, durante la Junta de Aclaraciones, en el supuesto de que en su propuesta oferte características superiores a la solicitada su aceptación quedará sujeta al criterio del área técnica, que verificará si las mismas superan y comprenden las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	
45	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	7	3767	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante que para cumplir con el punto 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos nos permita	Id DEM: 3767, Respuesta: No es correcta su apreciación por tanto, no se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de	Solicitamos a la convocante nos ratifique la respuesta otorgada a mi representación ya que de conformidad al Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos inciso a) indican: en el caso de ser con Instituciones Privadas para acreditar el cumplimiento bastara con presentar: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo	Id DEM: 6622, Respuesta: Para el supuesto que refiere la licitante para acreditar el cumplimiento del Rubro 1.1. Cumplimiento de Contratos. Con Instituciones Privadas, es correcto entender que se deberá presentar alguno de los documentos siguientes:	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Clave Código Código Código	Nombre y Razón Social del Vendedor	Código Código Código	ID ID	PREGUNTA	RESPUESTA	RECOMENDACIÓN	RESPUESTA RECOMENDACIÓN	Observaciones
				presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación. ¿Se acepta?	Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubro 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes: "Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un solo escrito varias fianzas, o b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", o c) Comprobantes de	ocultar los precios. ó b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Es esto correcto?	a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017




Fecha de envío de la oferta	Nombre o Razón Social del Licitante	País de origen	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPRESENTA	Fecha de recepción
					Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta de Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (instalación, puesta en operación y capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha acta en todos los casos deberá estar acompañada de copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios. O en el caso de ser: Con Instituciones Privadas: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para todos los casos, se aclarará que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos.		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Conte- cción Gubern- mental	Nombre Razón Social del Contrato	Rea- liza- ción de los Bienes	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA RECONCILIACIÓN	Fecha de recibido
46	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	10	3770	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para cumplir con el punto 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos se puede presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación.	relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubro de Experiencia y Especialidad. Id DEM: 3770, Respuesta: No es correcta su apreciación. Para acreditar el cumplimiento del Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes: "Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas, o b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá	Solicitamos a la convocante nos ratifique la respuesta otorgada a mi representada ya que de conformidad al Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos Inciso a) indican: en el caso de ser con Instituciones Privadas se podrá presentar a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. ó b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Favor de confirmar	Id DEM: 6623, Respuesta: Para el supuesto que refiere la licitante para acreditar el cumplimiento del Rubro 1. Cumplimiento de Contratos Con Instituciones Privadas, es correcto entender que se deberá presentar alguno de los documentos siguientes: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Contenido del ítem	Número de Registro de la Licitación	Fecha de Recepción de la Propuesta	Presupuesto	Respuesta	Revisión	Respuesta de la Contratación	Fecha de Emisión
				<p>acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", o c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha acta en todos los casos deberá estar acompañada de copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios. Q en el caso de ser: Con Instituciones</p>			<p><i>[Signature]</i></p>

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Categoría de Bienes y Servicios	Nombre de la Empresa Licitadora	Clave de Identificación de la Empresa	UP DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REQUISITOS	RESOLUTIVA DE RESPUESTA	FECHA DE RECEPCIÓN
47	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	2	4611	Rubro 2, Inciso 2.1 y 2.2 Criterios de Evaluación "Técnico-Administrativa" En caso de participar como distribuidor de algunas partidas y para cumplir cabalmente con los Rubros de Experiencia y Especialización ¿Se pueden presentar contratos o facturas a nombre del Distribuidor primario o Fabricante, siempre y cuando sean equipos iguales o similares a los solicitados?	Privadas: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad. Id DEM: 4611, Respuesta: No se acepta su solicitud. Los contratos y/o pedidos que presente deberán estar formalizados (signados) por el representante legal de la empresa licitante.	En caso de participación conjunta, solicitamos atentamente a la convocante permita presentar y evaluar contratos y/o pedidos, fianzas canceladas, escritos de liberación de fianzas, facturas, remisiones de entrega, facturas y órdenes de compra de las filiales en México o fabricantes. Para dar cumplimiento a los rubros de experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6624, Respuesta: Se acepta como opción presentar contratos o pedidos u órdenes de compra para los subrubros de Experiencia y Especialidad y la documentación que acredite el cumplimiento de los mismos del Rubro de Cumplimiento de Contratos, de las filiales en México o fabricantes a las que hace referencia la licitante solo si éstas corresponden a aquellas empresas licitantes que firmen como licitantes el Convenio de Participación conjunta correspondiente para el presente proceso licitatorio. Se aclara a su vez a todos los licitantes que tengan participación conjunta en el presente proceso licitatorio y que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente, que deberán incluir en el mismo renglón o en renglón separado, la información de la documentación que acredite los	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Rubro	Nombre y Razón Social del Participante	Rubro	ID PEP	PREGUNTA	RESPUESTA	Referencia	RESUMEN DE RESPUESTA	Firma del Participante
48	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	7	5856	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones de comprobación y seguridad solicitamos permitan ofertar tecnología propia además el sistema de compensación del espacio muerto de manera automática y la Compensación automática de la presión atmosférica sobre la presión medida; presente (max. 5000	Id DEM: 5856, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.6 Sistema de	Nuestra solicitud versa en ofrecer las mejores condiciones y no solo proponer y cumplir lo solicitado en el punto 2.6 de la cédula de descripción del artículo en el numeral referido con la característica de llevar a cabo la compensación automática de la presión atmosférica sobre las variaciones de altura sobre el nivel	subrubros del Rubro 1.- Capacidad del Licitante de todas las empresas licitantes que firmen el referido Convenio. Asimismo se aclara que los licitantes en participación conjunta que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente, deberán incluir la documentación de todas las empresas licitantes que firmen el referido Convenio, ello en virtud de que la evaluación de los subrubros 1.1, 1.3.1.4 y 1.5 del Rubro 1.- Capacidad del Licitante, se realizará de todas las empresas en participación conjunta para dichos subrubros, para estar en posibilidad de otorgar los puntos correspondientes en cada uno de ellos. De igual forma, se acepta como opción que los licitantes que participen en el presente proceso licitatorio, en participación conjunta presente contratos y/o pedidos de las empresas licitantes que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente, para acreditar los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad. En consecuencia, para el otorgamiento de puntos en el Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, se dará en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-EB-2017



Conte- nido Laboral	Nombre y Apellido Socio o Cajero	Edad	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECOMENDACIÓN	RESPUESTA AL PREGUNTA	Observaciones
49	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4	4321	Se solicita a la convocante nos permita ofertar y referenciar mostrando en el diagrama del ventilador un sensor de flujo interno y reusable. ¿Se Acepta?	comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	del mar al iniciar el sistema se lleva a cabo el comprobar y verificar el funcionamiento neumático, además el cálculo de la compensación del espacio muerto del circuito de paciente y electrónico por los microprocesadores y componentes, ¿Se acepta?	además el cálculo de la compensación del espacio muerto del circuito de paciente y electrónico por los microprocesadores y componentes, como opción para el numeral 2.6 Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia, toda vez que cumpla lo solicitado por la convocante, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
50	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	10	5861	Se refiere la convocante a que el ventilador realice en 1, 2, 3, 4 (aceleración rampa) - (4 max. aceleración), ¿Es esto correcto?	Id DEM: 4321, Respuesta: La convocante permite en el numeral 4.1.2. el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas	Nuestra solicitud versa a que la aceleración rampa, rise time retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, se evidencie y establece en los diferentes intervalos de tiempo el ajuste requerido, ¿Se acepta?	Id DEM: 6626, Respuesta: Se acepta referenciar en caso de tener que demostrar este punto en el manual de servicio del equipo, incluyendo solo las hojas referenciadas del manual, toda vez que cumpla con lo solicitado en el numeral 2.7.3 Sensor de flujo reusable, de la "Partida 44 - Ventilador - Adulto, pediátrico - neonatal" y adicionalmente dar cumplimiento con lo establecido en la convocatoria la cual permite, acorde a lo descrito en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Único de Proceso	Nombre y Razón Social del Proveedor	Región	ID	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTANTE	RESPUESTA REPRESENTANTE	Asesor
51	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	11	5875	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con batería interna, tiempo de recarga 10 horas, la recomendación de fábrica mantener conectado el ventilador aun sin estar en uso, para asegurar la carga al 100%, ¿Se acepta?	presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión establecido en la presente convocatoria.		que el equipo a ofertar cuenta con la posibilidad de ajustar la rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente. Los incrementos o ajustes de cada equipo podrán corresponder a características propias de cada tecnología, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.16 establecido en la presente convocatoria.	DEM
52	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	9	5860	Se refiere la convocante al Etiquetado del sitio de medición de los transductores deber ser los siguientes: ART Presión Arterial Sanguínea LVP Presión del Ventrículo Izquierdo PAP Presión Arterial Pulmonar RVP Presión Ventrículo Central LAP Presión de Atrio Izquierdo RAP Presión de Atrio Derecho ¿Esto es correcto?	Id DEM: 5875, Respuesta: No se acepta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.6 Tiempo de recarga de la batería de 4 horas como máximo.	Nuestra solicitud versa a que la tecnología propia en el tiempo de recarga 10 horas, en el entendido al tratarse de una tecnología de cuidados críticos y soporte ventilatorio el tiempo de recarga solicitado de máximo 4 horas limitaría la participación de los proveedores por lo que atendiendo a la recomendación de los diversos fabricantes de mantener conectado el ventilador aun sin estar en uso, para asegurar la carga al 100%, ¿Se acepta?	Id DEM: 6628, Respuesta: No se acepta su solicitud, la convocante requiere que el equipo a ofertar para la "Partida 47 - Ventilador de traslado pediátrico-adulto" tenga un tiempo de recarga de la batería de 4 horas, por lo que el licitante deberá cumplir con la descripción solicitada en el numeral 2.8.6 Tiempo de recarga de la batería de 4 horas como máximo, establecido en la presente convocatoria.	DEM
					Id DEM: 5860, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.9.7.2 Etiquetado del sitio de medición de los transductores, del numeral 2.7.9.7 Presión arterial invasiva, por lo que la especificación y/o requisito	Nuestra solicitud versa en la descripción del artículo en el numeral al que se hace referencia al etiquetado, nuestra tecnología lo hace y en nuestra literatura lo establece como al Etiquetado del sitio de medición de los transductores y son los siguientes: ART Presión Arterial Sanguínea LVP Presión del Ventrículo Izquierdo PAP Presión Arterial Pulmonar RVP Presión Ventrículo Central LAP Presión de Atrio Izquierdo RAP Presión de Atrio Derecho ¿Se acepta referenciarlo así cubriendo el punto solicitado?	Id DEM: 6629, Respuesta: Se acepta referenciar el etiquetado del sitio de medición de los transductores como: ART Presión Arterial Sanguínea LVP Presión del Ventrículo Izquierdo PAP Presión Arterial Pulmonar RVP Presión Ventrículo Central LAP Presión de Atrio Izquierdo RAP Presión de Atrio Derecho, como opción para los numerales 2.7.9.7.2 Etiquetado del sitio de medición de los transductores, del numeral 2.7.9.7 Presión arterial invasiva, de la "Partida 39 - Anestesia intermedia,	


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre del Licitador	Forma de Pago	Id. DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	INTERCOMENTARIO	RESUESTA A RESPUESTA	Asesor
53	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	12	5879	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos que este punto sea opcional a fin de no incrementar el precio y se permita ofertar tecnología propia con un nebulizador de fármacos NEB: ajustado a 6 l/min. con compensación automática en los modos ventilatorios y salida dedicada, ¿Se acepta?	Id DEM: 5879, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere las características de acuerdo a la tecnología de cada fabricante propias del equipo a ofertar.	La característica de nuestra tecnología es con un nebulizador de fármacos interconstruido NEB: ajustado a 6 l/min. con compensación automática en los modos ventilatorios y salida dedicada, para la terapia del fármaco en la terapia de nebulización ¿Se acepta?	Unidad de", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
54	GRUPO ADDIM	12	4675	Con el fin de asegurar que el licitante	Id DEM: 4675, Respuesta:	Solicitamos a la Convocante nos indique el	Id DEM: 6631, Respuesta: Los licitantes	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Orden de Preguntas	Nombre del Licitador	Fecha de Respuesta	Pregunta	Respuesta	Referencia (Ley)	Requisito/Resolución	Observaciones
55	S. A DE C. V.	13	adjudicado, entregue en tiempo y forma al Instituto, la convocante requiere que en la Proposición Técnica se anexe la carta de respaldo del Fabricante ¿Es esto correcto?	No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	motivo por el cual no desea contar con el respaldo del fabricante para la adquisición de los bienes de la presente licitación. Además de que lo solicitado en la pregunta del licitante no tiene que ver con especificación y/o característica, sino del área administrativa y legal de la Convocatoria. No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	participantes deberán asegurarse de contar con lo necesario para el cumplimiento del contrato al cual se obliguen en caso de resultar adjudicados. Por lo que se reitera que los licitantes deberán ajustarse a lo requerido por la convocante, lo cual se encuentra debidamente descrito en la presente Convocatoria.	DEM
56	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	4782	DICE: SIN PUNTO DUDA: Solicitamos a la Convocante solicitar de manera obligatoria carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor autorizado que esté incluido en el Registro Sanitario, esto para garantizar que el licitante cuenta con el apoyo del fabricante, ¿Se acepta?	Id DEM: 4782 Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	Solicitamos a la Convocante nos indique el motivo por el cual no desea contar con el respaldo del fabricante para la adquisición de los bienes de la presente licitación. Además de que lo solicitado en la pregunta del licitante no tiene que ver con especificación y/o característica, sino del área administrativa y legal de la Convocatoria. No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	Id DEM: 6632, Respuesta: Los licitantes participantes deberán asegurarse de contar con lo necesario para el cumplimiento del contrato al cual se obliguen en caso de resultar adjudicados. Por lo que se reitera que los licitantes deberán ajustarse a lo requerido por la convocante, lo cual se encuentra debidamente descrito en la presente Convocatoria.	DEM
56	OURUX, S.A. DE C.V.	3703	B) ANEXO NO. 1.6 CRITERIOS DE "EVALUACION TECNICO-ADMINISTRATIVA" 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.1 EXPERIENCIA. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA PRESENTACION DE CONTRATOS EN ESTE SUB RUBRO CUYO OBJETIVO ES EVALUAR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PERIODO DE TIEMPO ESTABLECIDO EN LAS BASES A FIN DE QUE EL LICITANTE	No se acepta su solicitud. Lo anterior de conformidad con los criterios definidos en la "Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación".	¿COMO SE EVALUARA A LOS LICITANTES DE MANERA OBJETIVA EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD LIMITANDO EL PERIODO DE TIEMPO DE CONTRATOS ASI COMO EL NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS POR AÑO? TODA VEZ QUE A MAYOR EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD MAYOR NUMERO DE CONTRATOS Y AÑOS	Id DEM: 6633, Respuesta: No es correcta su apreciación, el periodo de años establecido no limita en algún aspecto a los licitantes y tampoco limita la libre participación de los mismos, por el contrario permite las mismas circunstancias para todos los licitantes participantes y permitirá corroborar el cumplimiento reciente de los contratos y/o pedidos contratados por los licitantes con Dependencias e Instituciones Públicas y/o Privadas.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de identificación de la oferta	Nombre del participante	Fecha de recepción de la oferta	Fecha de apertura de la oferta	PREGUNTA	RESPUESTA	RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN RESERVADA	Observaciones
57	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	14	4782	DICE: SIN PUNTO DUDA: Solicitamos a la Convocante solicitar de manera obligatoria carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor autorizado que esté incluido en el Registro Sanitario, esto para garantizar que el licitante cuenta con el apoyo del fabricante, ¿Se acepta?	Id DEM: 4782, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación planteada y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	Para la partida 3, 4, 5, 6, 7 y 8, nil representada cuenta con Registro Sanitario, ISO 9001 e ISO 13485, FDA, pero no con la carta de apoyo del Fabricante de los bienes, ¿podré ofertar dichas partidas? Además de que lo solicitado en la pregunta del licitante no tiene que ver con especificación y/o característica, sino del área administrativa y legal de la Convocatoria. No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el artículo 33 bis de la Ley.	Id DEM: 6634, Respuesta: Los licitantes pueden ofertar los bienes en cuyas partidas, estimen que cumplen con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, a reserva del resultado de la evaluación que la Convocante realice y se aclara que la carta de apoyo del Fabricante de los bienes no es un requisito solicitado en la presente Convocatoria.	DEM
58	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	15	4782	DICE: SIN PUNTO DUDA: Solicitamos a la Convocante solicitar de manera obligatoria carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor autorizado que esté incluido en el Registro Sanitario, esto para garantizar que el licitante cuenta con el apoyo del fabricante, ¿Se acepta?	Id DEM: 4782, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación planteada y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	En caso de ser distribuidor, ¿de qué manera se corroborará el Instituto que se cuenta con el apoyo del Fabricante? No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el artículo 33 bis de la Ley.	Id DEM: 6635, Respuesta: Los licitantes participantes deberán asegurarse de contar con lo necesario para el cumplimiento del contrato al cual se obliguen en caso de resultar adjudicados. Por lo que se reitera que los licitantes deberán ajustarse a lo requerido por la convocante, lo cual se encuentra debidamente descrito en la presente Convocatoria.	DEM
59	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	16	4782	DICE: SIN PUNTO DUDA: Solicitamos a la Convocante solicitar de manera obligatoria	Id DEM: 4782, Respuesta: No se acepta su solicitud.	Solicitamos a la Convocante nos confirme si para la presente Licitación no es necesario contar con	Id DEM: 6636, Respuesta: Los licitantes participantes deberán asegurarse de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Condiciones de Pago	Nombre del Proveedor	Forma de Pago	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA
60	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	3	3585	carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor autorizado que esté incluido en el Registro Sanitario, esto para garantizar que el licitante cuenta con el apoyo del fabricante, ¿Se acepta?	Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto. Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	el respaldo del fabricante, ¿Es correcto? No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	contar con lo necesario para el cumplimiento del contrato al cual se obliguen en caso de resultar adjudicados. Por lo que se reitera que los licitantes deberán ajustarse a lo requerido por la convocante, lo cual se encuentra debidamente descrito en la presente Convocatoria.	Id DEM: 6637, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tamaño de pixel de 70 micrones o menor, como opción para el punto 2.8.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
61	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	13	5803	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las aritmias, por lo que solicitamos de la manera más ágil poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 aritmias ¿Se acepta?	Id DEM: 5803, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar tamaño de pixel de 70 micrones o menor, como opción para el punto 2.8.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	De acuerdo con la respuesta en el entendido que los monitores son los que se conectan al paciente y son los que miden los parámetros, y detectan las alarmas y aritmias y se reflejan en el monitor de la central, y no caso contrario, entendemos que esta será la función a ofertar ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6638, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere que el monitor central tenga la función de detectar diez diferentes tipos de aritmias en relación a los trazos enviados por los monitores de cabecera a esta central	Id DEM: 6638, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere que el monitor central tenga la función de detectar diez diferentes tipos de aritmias en relación a los trazos enviados por los monitores de cabecera a esta central	DEM
62	OURUX, S.A. DE C.V.	19	3713	B) ANEXO NO. 1.6 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.1 EXPERIENCIA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS AÑOS DE LOS CONTRATOS PARA CREDITAR EXPERIENCIA EN EL CAMPO. ASI MISMO, SE SOLICITA QUE LOS CONTRATOS DE UN MISMO AÑO SEAN CONSIDERADOS YA QUE ESTO DEMUESTRA MAYOR EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN LA	: No es correcta su apreciación y no se acepta su solicitud de ampliación del número mínimo y máximo y el periodo de los años que acrediten los contratos y/o pedidos requeridos que se encuentran debidamente señalados en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación	¿COMO SE EVALUARA A LOS LICITANTES DE MANERA OBJETIVA EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD LIMITANDO EL PERIODO DE TIEMPO DE CONTRATOS ASI COMO EL NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS POR AÑO? TODA VEZ QUE A MAYOR EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD MAYOR NUMERO DE CONTRATOS Y AÑOS	Id DEM: 6639, Respuesta: No es correcta su apreciación. El periodo de años establecido no limita la en algún aspecto a los licitantes y tampoco limita la libre participación de los mismos, por el contrario permite las mismas circunstancias para todos los licitantes participantes y permitirá corroborar el cumplimiento reciente de los contratos y/o pedidos contratados por los licitantes con Dependencias e Instituciones	Id DEM: 6639, Respuesta: No es correcta su apreciación. El periodo de años establecido no limita la en algún aspecto a los licitantes y tampoco limita la libre participación de los mismos, por el contrario permite las mismas circunstancias para todos los licitantes participantes y permitirá corroborar el cumplimiento reciente de los contratos y/o pedidos contratados por los licitantes con Dependencias e Instituciones	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Compañía Nombre Código Código	Nombre y Razón Social de la Empresa	Fecha de Expiración	Id. del Bic	PRECATORIO	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Id. del Bic
63	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	14	5809	<p>EVALUACIÓN. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Técnico Administrativa de la Convocatoria que nos ocupa, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, lo cual permite una libre participación de la proveeduría existente. Asimismo no se acepta su solicitud de considerar contratos/pedidos de un mismo año para el subrubro 2.1 Experiencia. Conforme lo señalado en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa para el subrubro 2.1 Experiencia, se aclara que los contratos y/o pedidos de un mismo año no acumulan experiencia, por lo que en caso de presentar 2 contratos de un mismo año, sólo se contabilizará para este subrubro, un sólo año. De igual forma si presenta contratos plurianuales en los que se repita el año de otro de los contratos y/o pedidos presentados. Y Solo se contabilizarán los años de los contratos y/o pedidos que hayan sido considerados en el subrubro de Especialidad.</p>	<p>Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refieren con función "full disclosure", ya en nuestro entendido es la visualización de la curva de los valores de paciente de manera continua en el tiempo solicitado (de al menos 72 horas).</p>	<p>Id DEM: 6640, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere el despliegue completo o continuo de las curvas monitorizadas en pantalla de al menos</p>	<p>DE</p>

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Ítem	Nombre del Proveedor	Porcentaje de descuento	ID DEM	Pregunta	Respuesta	Recomenda	Respuesta a la recomendación	Comentarios
64	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	15	5811	paciente por al menos 72 horas previas al momento de la visualización ¿Es esto correcto?	de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas,, establecido en la presente convocatoria/ cédula de descripción del artículo. No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	¿Es esto correcto? En caso de no ser correcto solicitamos a la convocante nos aclare el término.	un periodo de 72 horas esto para el numeral 2.2.8 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
65	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	16	5814	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas mínimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	La tecnología de nuestro fabricante se conoce como CSI y realiza la misma función de monitoreo de la profundidad anestésica del paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante ofertar de acuerdo al nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Id DEM: 6642, Respuesta: Se acepta ofertar módulo para Índice Biespectral con el nombre del fabricante como: "CSI" (indicar marca y modelo y/o número de parte),, como opción para el punto 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte),, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
66	Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO, SA de CV	9	6487	El Índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Dice: capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas. Pregunta: Ya que el tiempo efectivo para diagnóstico del paciente, tanto para terapia intensiva como para procedimientos de destete conlleva una evaluación de al menos 3 días continuos. Entendemos que el tiempo de almacenamiento de tendencias deberá ser	Se solicita a la convocante reconsidere la capacidad de almacenamiento de al menos 3 días continuos tanto para terapia intensiva como para procedimientos de destete y que el almacenamiento de tendencias deberá ser de no menos de 72 horas, no es una especificación requerida por el Instituto, por lo cual no se puede establecer como una	Id DEM: 6643, Respuesta: Se preisa al menos 3 días continuos tanto para terapia intensiva como para procedimientos de destete y que el almacenamiento de tendencias deberá ser de no menos de 72 horas, no es una especificación requerida por el Instituto, por lo cual no se puede establecer como una	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Carpetas Código Resolución Número	Nombre/ Razón Social/ Tipo de Empresa	Fecha de Emisión del Acto de Llamado	PREGUNTA	RESPUESTA	RECORDATORIO	REQUISITOS REPREGUNTA	Acciones de seguimiento	
67	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	17	4787	<p>de no menos de 72 horas. Es correcto?</p> <p>PARTIDA 17 DICE: 5.2.8 Para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Demostración de las características ofertadas" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Área Técnica realizará una verificación ocular del(los) bien(es), a fin de que el licitante realice la demostración de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y corroborar que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos solicitados en la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo siguiente: Acto de Demostración de las Características Ofertadas. La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición técnica, impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo el Acto de Demostración de Características</p>	<p>relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.16 establecido en la presente convocatoria.</p> <p>Id DEM: 4787, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con el inciso c) del numeral 5.2.8 de la presente convocatoria: "...corresponderá al licitante o quien este designe, realizar las interconexiones, toma de lecturas, configuración y/o cualquier otra acción que deba efectuar, entre el instrumento o dispositivo de medición y el bien presentado para la demostración correspondiente." Asimismo, la tabla incluida bajo el apartado "Acto de Demostración de las Características Ofertadas", en la columna denominada "Lugar de presentación del bien", se indica: Cd. De México y área metropolitana. En este contexto, el licitante podrá solicitar al personal</p>	<p>Solicitamos a la Convocante nos aclare si el lugar donde se hará la demostración de la lámpara cuenta con la altura necesaria para instalarla, así como el voltaje requerido.</p>	<p>especificación obligatoria. El Licitante podrá ofertar dicha característica como opción para el numeral 2.5.16 Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas, de la "Partida - 43 Ventilador adulto-pediátrico", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>Id DEM: 6644, Respuesta: Se aclara a este licitante y a todo aquellos que participen en el presente proceso licitatorio para las partidas: 17 Lámpara quirúrgica doble y 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad que los licitantes deberán indicar en la solicitud de cita que realicen vía correo electrónico al personal de contacto señalado en dichas partidas, el Lugar en presentación del bien, el cual puede ser en la Cd. de México y área metropolitana, como se indica en la tabla incluida bajo el apartado "Acto de Demostración de las Características Ofertadas" del numeral 5.2.8 de la Convocatoria. Por lo que los licitantes deberán verificar que cuenten con lo necesario para llevar al cabo el Acto de Demostración de las Características Ofertadas, incluyendo de ser necesario contar con la altura necesaria para la instalación de la lámpara y el voltaje requerido como lo señala la licitante en su repregunta.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Código de identificación de la oferta	Nombre y razón social del proveedor	Código de identificación del equipo	ID DEM	Interrogante	Respuesta	Referencia	Respuesta a la Interrogante	Fecha de recepción
68	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	8	4404	Ofertadas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente: Partida Descripción 2 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso. 10 Electrocardiografo multicanal con interpretación. 17 Lámpara quirúrgica doble. 29 Microscopio para oftalmología de alta especialidad. 30 Monitor de signos vitales 39 Unidad de anestesia intermedia. 43 Ventilador adulto-pediatrico 44 Ventilador adulto-pediatrico neonatal DUDA: Solicitamos a la Convocante nos confirme que para la partida 17 se contará con los requisitos necesarios para la instalación de la lámpara quirúrgica doble para poder demostrar todas las características solicitadas en la Cédula de Descripción del Artículo, ¿Es correcto?	adscrito a la División de Equipamiento Médico División, que el Acto de Demostración Ofertadas Características Ofertadas sea llevado a cabo, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, en cualquier Unidad Médica o Instalación de la Empresa que cuente con lo necesario a fin de llevar a cabo dicho evento, siempre que se encuentre en Cd. De México y área metropolitana			
				Debido a que es difícil referenciar en catálogos como esta compañía seguramente así lo tiene, además que la compañía Siemens estuvo de acuerdo con esta cédula y sería un plus de su equipo, entendemos que debido a que lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria/cédula de descripción del artículo, esta respuesta solo aplica esta compañía y no se modifica el punto, ¿es correcto?	Id DEM: 4404, Respuesta: ES correcta su apreciación			
				Numeral 2.19 Dice: Programa para evaluación del movimiento, la contractilidad regional y global del miocardio, así como la función ventricular izquierda (Programa 2D strain o speckle-tracking o 2D wall motion tracking) con gráficas paramétricas (bull's eye) y cuantificación de deformación (Strain longitudinal, circunferencial 2D). Entendemos que dicho programa requiere poder ser utilizado en corazón adulto, pediátrico y eco fetal, así como en cualquier cavidad del corazón (ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y aurículas) ¿Es correcto?	Id DEM: 6645, Respuesta: No es correcta su apreciación, en razón de que la respuesta otorgada a la licitante Siemens, va en el sentido de confirmar que lo requerido por la Convocante en el Numeral 2.19: Programa para evaluación del movimiento, la contractilidad regional y global del miocardio, así como la función ventricular izquierda (Programa 2D strain o speckle-tracking o 2D wall motion tracking) con gráficas paramétricas (bull's eye) y cuantificación de deformación (Strain longitudinal, circunferencial 2D), se requiere que sea utilizado en corazón adulto, pediátrico y eco fetal, así como en cualquier cavidad del corazón (ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y aurículas). Situación que deberá ser considerada por todos los licitantes participantes.			

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017




Código de la oferta	Nombre del Proveedor	Fecha de entrega	Id de oferta	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA
69	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	2	4616	En el caso de los sitios donde se requiere desinstalar un equipo, se solicita a la Convocante aclarar si se requerirá transportar los mismos a otro destino o se dejarán en la misma Unidad Médica, de manera que se pueda considerar o no el costo del flete en las partidas que así lo requieran.	Id DEM: 4616, Respuesta: Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.	En caso de existir un equipo en el sitio de instalación, se solicita a la Convocante aclarar si la responsabilidad del proveedor asignado, respecto a los equipos desinstalados, termina una vez que los equipos están embalados.	Id DEM: 6646, Respuesta: No es correcta su apreciación. El licitante deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto.
70	GE Sistemas	3	4616	En el caso de los sitios donde se requiere	Id DEM: 4616, Respuesta:	En caso de respuesta negativa a la pregunta	Id DEM: 6647, Respuesta: No es

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Clave de Subproyecto	Antecedentes	Requisitos	Requerimiento	Id. de la oferta	Requisitos	Requerimiento	Requisitos	Requisitos	Requisitos
71	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	8	6035	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO A LA CONVOCANTE, PODRÁ	Id DEM: 6035, Respuesta: Se precisa que la	DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES Y CON LA FINALIDAD DE APEGARNOS A LO	Id DEM: 6648, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que	Id DEM: 6648, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que	Id DEM: 6648, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que
	Médicos de México S.A. de C.V.				Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.	desinstalar un equipo, se solicita a la Convocante aclarar si se requerirá transportar los mismos a otro destino o se dejarán en la misma Unidad Médica, de manera que se pueda considerar o no el costo del flete en las partidas que así lo requieran.	Se solicita a la Convocante indicar de manera detallada cual es el alcance de la responsabilidad de los equipos desinstalados para el proveedor asignado.	correcta su apreciación. El licitante deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de identificación de la oferta	Nombre del proveedor	Modelo	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECOMENDACIÓN	RESPUESTA/RECOMENDACIÓN	APROBACIÓN
	C.V.			REALIZAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO, SIN INCLUIR COMO TAL LA CÁMARA.	convocante requiere Para interconectarse a cámara de video (no webcam, indicar marca y modelo) que incluya infrarrojo y función de zoom, para grabación del video con sincronía del EEG del paciente, para el numeral 2.2.9 en la presente cédula de descripción del artículo. Por lo que debe de incluir cámara de video en su propuesta.	ORIGINALMENTE SOLICITADO, ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBE OFERTAR LA INTERCONEXIÓN A PARA GRABACIÓN DE VIDEO CON SINCRONIA DE EEG DEL PACIENTE. ES ¿ESTO CORRECTO?	la convocante requiere Para interconectarse a cámara de video (no webcam, indicar marca y modelo) que incluya infrarrojo y función de zoom, para grabación del video con sincronía del EEG del paciente para el numeral 2.2.9 cédula de descripción del artículo.	
72	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	9	6035	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO A LA CONVOCANTE, PODRÁ REALIZAR TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO, SIN INCLUIR COMO TAL LA CÁMARA.			Id DEM: 6640, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	DEM
73	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	10	6038	ACTUALMENTE ELECTROMIOGRAFÍA DE FIBRA ÚNICA ES UTILIZADA EN SU MAYORÍA PARA FINES DE INVESTIGACIÓN Y NO CLÍNICOS, ADEMÁS DE QUE EL COSTO DE ESTA LICENCIA ELEVA CONSIDERABLEMENTE EL PRECIO DEL, CAUSANDO ESTO UN DETRIMENTO PARA EL INSTITUTO, POR LO QUE NO SE RECOMIENDA QUE ESTE PUNTO NO SEA INDISPENSABLE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6038, Respuesta: No realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.	CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON MAS INFORMACIÓN QUE FACILITE EL DIAGNOSTICO, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR GRABACIÓN ALMACENAJE DE EMG SUPERIOR A LOS 30 SEGUNDOS, ASI COMO ACCESO EN EL SOFTWARE A LOS ESTUDIOS DE REFLEJO DE PARPADEO, ESTIMULACIÓN REPETITIVA, ELECTROMIOGRAFÍA DE FIBRA ÚNICA, ONDA F, REFLEJO H, SUPERIOR A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6650, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere electromiografía con grabación o almacenamiento de al menos 30 segundos, reflejo de parpadeo, estimulación repetitiva, electromiografía de fibra única, onda F, reflejo H, para el numeral 2.6.1.1 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
74	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	11	6040	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, OFERTAR UN KIT SE ESPONJAS DE VARIOS TAMAÑOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6040, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.4 Esponjas para audífonos de inserción. Al menos 200 piezas, establecido en la cédula de descripción del artículo.	DEBIDO A QUE AMBOS TIPOS DE AUDÍFONOS (EXTERNOS E INTERNOS), INCLUIDOS EN LA PROPUESTA, OBTIENEN LA MISMA CANTIDAD DE INFORMACIÓN, Y POR COMODIDAD HACIA EL PACIENTE, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ESPONJAS EN VARIOS TAMAÑOS DE ACUERDO A LO INCLUIDO Y RECOMENDADO COMO KIT DE INICIO POR PARTE DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6651, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Nombre completo del Proponente	Nombre o Razón Social del Proponente	Fecha de la Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	COMENTARIO	RESPUESTA	Id DEM
75	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	17	5787	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las aritmias, por lo que solicitamos de la manera más atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 aritmias ¿Se acepta?	Id DEM: 5803, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles., 2.2.9 Detección de al menos 10 aritmias., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	De acuerdo con la respuesta en el entendido que los monitores son los que se conectan al paciente y son los que miden los parámetros, y detectan las alarmas y aritmias y se reflejan en el monitor de la central, y no caso contrario, entendemos que esta será la función a ofertar ¿Es esto correcto	Id DEM: 6652, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la central tenga la función de detectar diez diferentes tipos de aritmias en relación a los trazos enviados por los monitores de cabecera a esta central	DEM
76	GRUPO ADDIM, S.A. DE C. V.	18	4844	RESPUESTAS DADA POR LA CONVOCANTE En caso de que las respuestas dadas por la Convocante no sean claras y precisa a mi representada, manifiesto mi inconformidad a la presente junta de aclaraciones, así como a la Convocatoria de la presente licitación, toda vez que conforme al Artículo 33 bis de la Ley, deben ser dadas de manera clara y precisa. LAASSP Artículo 33 Bis. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.	No se atiende, en virtud de que no se hace ninguna solicitud de aclaración que este directamente vinculada con algún punto contenido en la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: "...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan	Este punto no es una pregunta, es la solicitud de mi representada que quede manifiesto en la presente Junta de Aclaraciones que la convocante no está dando respuesta conforme el Artículo 33 bis de la Ley y al Artículo 45 párrafo sexto del reglamento, como se está demostrando en estas repreguntas a las respuestas dadas por la Convocante.	Id DEM: 6653, Respuesta: Como lo refiere el licitante, su comentario es una manifestación la cual queda asentada en la presente Junta de Aclaraciones y no requiere respuesta en virtud de que no hace ninguna solicitud de aclaración que este directamente vinculada con algún punto contenido en la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene por hecha la manifestación, dejando a salvo los derechos de la licitante, para que los haga valer en la forma y términos que considere oportunos.	DEM/DEM M

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Compras Públicas Internacionales	Nombre o Razón Social de la Empresa	Fecha de recepción de la oferta	ID Cédula DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECURSOS	RESPUESTA/RECURSOS	Atención	
77	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	19			con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.		Solicitamos a la Convocante y debido al tipo de respuestas que dio en la Primera Junta de Aclaraciones, permita una segunda ronda de repreguntas ya que en muchas dadas a mi representada no son claras ni precisas o no tienen nada que ver con el cuestionamiento, ¿Se acepta?	Id DEM: 6654, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que la Convocante no tiene considerada la realización de ulteriores juntas de aclaraciones con motivo del plazo considerado para la entrega de los bienes.	DEM
78	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	20			RESPUESTAS DADA POR LA CONVOCANTE A LAS PREGUNTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.		En caso de que las respuestas dadas por el Instituto no sean conforme al Artículo 33 bis de la Ley y 45 párrafo sexto del Reglamento, es decir, no sean claras ni concisas MANIFESTAMOS NUESTRA INCONFORMIDAD EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.	Id DEM: 6655, Respuesta: Se toma conocimiento de su manifestación, la cual queda asentada en la presente Junta de Aclaraciones y no requiere respuesta en virtud de que no hace ninguna solicitud de aclaración que este directamente vinculada con algún punto contenido en la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Quedando salvos sus derechos para los efectos que estime pertinentes. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene por hecha la manifestación, dejando a salvo los derechos de la licitante, para que los haga valer en la forma y términos que considere oportunos.	DEM/DEM M
80	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	18	5793	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento numérico del parámetro, deberemos de poder revisar la curva monitorizada del paciente por al menos 72 horas previas al momento de la visualización ¿Es esto correcto?	No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas., establecido en la presente convocatoria./ cédula de		Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refieren con función "full disclosure", ya en nuestro entendido es la visualización de la curva de los valores de paciente de manera continua en el tiempo solicitado (de al menos 72 horas). ¿Es esto correcto? En caso de no ser correcto solicitamos a la convocante nos aclare el término.	Id DEM: 6657, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere el despliegue completo o continuo de las curvas monitorizadas en pantalla de al menos un periodo de 72 horas esto para el numeral 2.2.8 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Clase de Licitación	Proveedor	Fecha de Recepción de la Propuesta	ID DEM	PREGUNTA	Descripción del artículo.	RESPUESTA	RESPUESTA	REGISTRO DE RESPUESTAS	DEM
81	OURUX, S.A. DE C.V.	10	3723	Inciso 4.3.7. Dice... Presentar en forma conjunta sus proposiciones... Anexo No. 12. Solicitamos atentamente a la convocante que este anexo sea presentado con la leyenda no aplica, ya que mi representada no presentará proposiciones conjuntas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta el planteamiento, sin embargo se precisa que dicho parámetro del numeral 4.3.7 en CompraNet, se configure como opcional.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE A PESAR DE QUE ALGUNOS ESCRITOS Y/O ANEXOS NO APLICAN A TODOS LOS LICITANTES NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION POR DECISION DEL LICITANTE PRESENTAR LOS ESCRITOS CON LA LEYENDA NO APLICA (SEGÚN SEA EL CASO)	En atención a la pregunta resulta procedente confirmar que en los casos de los escritos y/o anexos que no resulte obligatorio presentar a los licitantes, no es motivo de descalificación si deciden entregar documentos con la leyenda no aplica, con relación a los casos señalados.	DEM	
82	Biomédica de México S.A. de C.V.	1	3677	Para la partida 2 (Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso), se solicita a la convocante que sea obligatorio incluir en la propuesta una carta de apoyo emitida por el fabricante del desfibrilador monitor ofertado. Lo anterior para asegurar la calidad y seriedad de la propuesta, así como el apoyo del fabricante para que el licitante pueda cumplir con los requerimientos de suministro y mantenimiento establecidos en la convocatoria. ¿Se acepta?	Id DEM: 3677, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	Se solicita a la convocante reconsiderar la pregunta y solicitar de forma obligatoria carta de apoyo del fabricante para el equipo desfibrilador monitor de la partida 2. Lo anterior para asegurar el cumplimiento del contrato al cual se obliguen en caso de resultar adjudicados. Por lo que se reitera que los licitantes deberán ajustarse a lo requerido por la convocante, lo cual se encuentra debidamente descrito en la presente Convocatoria.	Id DEM: 6659, Respuesta: No se acepta su solicitud y se aclara que los licitantes participantes deberán asegurarse de contar con lo necesario para el cumplimiento del contrato al cual se obliguen en caso de resultar adjudicados. Por lo que se reitera que los licitantes deberán ajustarse a lo requerido por la convocante, lo cual se encuentra debidamente descrito en la presente Convocatoria.	DEM	
83	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de CV.	8	6541	Ya que el movimiento axial del detector se refiere al movimiento de alejamiento y acercamiento al paciente, Solicitamos amablemente a la convocante referenciar este punto como: los detectores planos están dotados de telas de membrana para ajustar la distancia foco-imagen (DFI) desde el foco de la fuente de rayos X al plano receptor de imagen del FD, que es equivalente a lo solicitado es solo por tema de referencia ¿se acepta?	Id DEM: 6541, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.4 Movimiento axial motorizado de pantalla plana (Flat Panel), para ajustar la distancia foco-paciente, establecido en la presente convocatoria.	Debido a la negativa a nuestra pregunta, solicitamos referenciar este punto con carta de cumplimiento del fabricante o filial en México, ¿se acepta?	Id DEM: 6660, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.4 Movimiento axial motorizado de pantalla plana (Flat Panel), para ajustar la distancia foco-paciente, establecido en la presente convocatoria.	DEM	
84	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de CV.	9	6544	Por dificultad de la referencia textual, solicitamos amablemente a la convocante poder referenciar este punto como: volumen de modo dual, huesos, materiales (por ejemplo, clips de aneurisma, coils, electrodos de estimulación) y los vasos se pueden visualizar en una representación	Id DEM: 6544, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.3 Programa para Supresión de hueso en 3D, establecido en la	Debido a la negativa a nuestra pregunta, solicitamos referenciar este punto con carta de cumplimiento del fabricante o filial en México, ¿se acepta?	Id DEM: 6661, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.3 Programa para Supresión de hueso en 3D, establecido en la presente convocatoria.	DEM	


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Bienes	Nombre y Razón Social del Proponente	Identificación del Proponente	Descripción	Resolución	PREGUNTA	RESPUESTA	RECONCITA	RESPUESTA A RECONCITA	DEM
85	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5	3D y con una imagen que demuestre la aplicación que es equivalente a lo solicitado ¿se acepta? Se solicita a la convocante que este punto sea posible referenciar y ofertar los reguladores de presión integrados mostrándolos de manera directa en un diagrama del ventilador. ¿Se Acepta?	presente convocatoria. Id DEM: 4323, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2. el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.	Id DEM: 4323, Respuesta: La convocatoria permite en el numeral 4.1.2. el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.	Se solicita atentamente la convocante nos permita referenciar en caso de tener que demostrar este punto en el manual de servicio del equipo, incluir solo las hojas referenciadas del manual? Se acepta?		Id DEM: 6662, Respuesta: Se acepta referenciar en caso de tener que demostrar este punto en el manual de servicio del equipo, incluyendo solo las hojas referenciadas del manual, toda vez que cumpla con lo solicitado en el numeral 3.2 Reguladores de presión integrados para el suministro de gases (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), de la "Partida 44 – Ventilador - Adulto, pediátrico – neonatal" y que cumpla con lo establecido en la convocatoria la cual permite, acorde a lo descrito en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas.	DEM
86	OURUX, S.A. DE C.V.	21	Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativos Capacidad del Licitante Entendidos en relación con el Rubro 2.- Experiencia y Especialidad que se aceptara la presentación de un solo juego de contratos para ser evaluados de acuerdo con cada criterio y cumplir simultáneamente con ambos rubros ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compras por el área Convocante, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de: Experiencia y	NUEVAMENTE SE LE INVITA A LA CONVOCANTE A OFRECER UNA RESPUESTA CLARA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL LICITANTE TODA VEZ QUE LA MISMA RESPUESTA FUE ENCONTRADA EN REITERADAS OCASIONES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y NO RESULTA CLARA PARA MI REPRESENTADA.			Id DEM: 6663, Respuesta: En las respuestas brindadas por la Convocante en la presente pregunta Id DEM 3487 y las Id DEM 3489, 4572, 4573, 4626, 4652, 4609, 4610 y 4845 se brindó la debida respuesta en el sentido de que No se aceptaba su solicitud respecto a "QUE SE ACEPTASE SUBIR UNA SOLA VEZ LA CARPETA DE CONTRATOS REFERENCIANDO AL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PUNTOS".	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre del Proveedor	Código de Proveedor	Código de Licitación	Código de Proveedor	PREGUNTA	RESPUESTA	RECONOCIMIENTO	RESPUESTA REPRESENTANTE
87	OURUX, S.A. DE C.V.	20	3714		B) ANEXO NO. 1.6 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.2. ESPECIALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS AÑOS DE LOS CONTRATOS PARA CREDITAR ESPECIALIDAD EN EL CAMPO. ASI MISMO, SE SOLICITA QUE LOS CONTRATOS DE UN MISMO AÑO SEAN CONSIDERADOS YA QUE ESTO DEMUESTRA MAYOR ESPECIALIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN LA	Id DEM: 3714, Respuesta: No se acepta su solicitud de ampliación del periodo de los años que acreditan los contratos y/o pedidos requeridos que se encuentran debidamente señalados en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa de la Convocatoria que nos	¿COMO SE EVALUARA A LOS LICITANTES DE MANERA OBJETIVA EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD LIMITANDO EL PERIODO DE TIEMPO DE CONTRATOS ASI COMO EL NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS POR AÑO? TODA VEZ QUE A MAYOR EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD MAYOR NUMERO DE CONTRATOS Y AÑOS	acepta como opción que en el parametro habilitado en Compranet por el área Convocante, para cada uno de los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad presentar los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Con relación a la aclaración de la Convocante respecto a que se "...ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la Convocatoria.", se rectifica y solicita a todos los licitantes tomen en consideración que la sección habilitada se denomina "1.3 4.1.4 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", lo cual es aplicable a su vez en las respuestas otorgadas con Id DEM 3487, 3489, 4572, 4573, 4726, 4652, 4609, 4610 y 4845.
								Id DEM: 6664, Respuesta: No es correcta su apreciación, el periodo de años establecido no limita en ningún aspecto a los licitantes y tampoco limita la libre participación de los mismos, por el contrario permite las mismas circunstancias para todos los licitantes participantes y permitirá corroborar el cumplimiento reciente de los contratos y/o pedidos contraídos por los licitantes con Dependencias e Instituciones

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de Licitación	Nombre del Proveedor	Forma Jurídica del Proveedor	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPUTACIÓN	ASPECTO TECNOLÓGICO	Observaciones
88	FEHLMEX S.A. DE C.V.		4579	DICE: El Proveedor se obliga a proporcionar la capacitación bajo los términos que a continuación se detallan, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico". PREGUNTA: En caso de que la capacitación no pueda llevarse a cabo por causas NO imputables al proveedor, solicitamos a la convocante que para no atrasar los trámites de facturación nos permita presentar una carta comprometiendonos a llevar a cabo dicha capacitación en una fecha propuesta por la convocante y de esta forma poder realizar los trámites correspondientes para el pago. ¿Se acepta?	Id DEM: 4579, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, acorde al inciso D, Capacitación y entrega de información de operación y servicio, La capacitación se deberá llevar a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto.	La convocante menciona que la capacitación se deberá llevar a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto, ¿Solicitamos de la manera mas atenta nos informe si dicho plan de capacitación solo debe ser proporcionado por el licitante adjudicado?	Id DEM: 6665, Respuesta: Es correcta su apreciación. El Proveedor (licitante adjudicado) se obliga a proporcionar la capacitación bajo los términos indicados en el apartado III.2.1 CAPACITACIÓN, de la presente convocatoria, cuya constancia original y copias respectivas formarán parte de la documentación recibida por el Administrador de Contrato a la entrega de los bienes.	
				EVALUACIÓN. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	ocupa, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, lo cual permite una libre participación de la proveeduría existente. Se acepta como opción, presentar contratos de un mismo año para acreditar lo solicitado en el subrubro 2.2 Especialidad, siempre que los bienes de los contratos y/o pedidos sean de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación y correspondan al periodo de años establecido para tal efecto.		Publicas y/o Privadas.	


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Código de Licitación	Nombre de la Empresa	País	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	OPORTUNIDAD	RESPUESTA A PREGUNTA	Acción
89	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	8	5705	Es correcto entender que se podrá ofertar en el rango inferior 3 Joules o menor y en el rango superior 150 o mayor ¿Se acepta nuestra propuesta?	quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro del término de la vigencia de la garantía, a solicitud del instituto, siendo necesario establecer con el Administrador de Contrato y el personal usuario de las Unidades Médicas la programación de los cursos de capacitación necesarios para el uso y manejo del equipo médico entregado, debiendo cumplir el 100% de requisitos para efectos del pago correspondiente.			DEM
90	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	9	5953	Entendemos que todos los indicadores en pantalla deben poder ser visualizados de forma clara a distancia y desde diferentes ángulos, por lo que se le solicita a la convocante que la pantalla tenga una resolución de al menos 1280 x 700 pixeles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5705, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.2 Con selector de nivel de energía para Bifásica en el rango inferior de 2 Joules y en el rango superior de 200 Joules o mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, para no limitar la libre competencia aceptar ofertar un equipo con rango de 3 Joules o menos a 150 Joules o mayor, ¿se acepta?	Id DEM: 6666, Respuesta: No se acepta ofertar un equipo con rango de 3 Joules o menos a 150 Joules o mayor favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.2 Con selector de nivel de energía para Bifásica en el rango inferior de 2 Joules y en el rango superior de 200 Joules o mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
					Id DEM: 5953, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, establecido en la presente	Se solicita amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, considerando que la información presentada en la pantalla requiere ser de la más alta tecnología, y, contar con la mejor calidad de imagen. Es por ello que se propone una pantalla de alta definición con resolución de 1280 x 700 pixeles. ¿Se acepta?	Id DEM: 6667, Respuesta: Se acepta ofertar Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de alta definición con resolución de 1280 x 700 pixeles de 15" o mayor como opción para el punto 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017

Página 52 de 219


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Calificación y puntuación	Comprobación de la solvencia económica	Calificación y puntuación	Presupuesto	Respuesta	Respuesta	Respuesta a la pregunta
			SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PRESENTAR FACTURA CON SELLO DE RECEPCION Y/O NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE, A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO PARA EL CASO DE PRESNETAR DOCUMENTACION DE SEMAR, SEDENA Y/O SERVICIOS DE SALUD, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTOS INSTITUTOS NO MANEJAN COMO TAL UN ACTA DE ENTREGA RECEPCION.	<p>3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes, en el caso de corresponder a contratos o pedidos "Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que anparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas, o b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el</p>	<p>CON EL QUE SE CORROBORE DICHO CUMPLIMIENTO YA QUE ANTE SU RESPUESTA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE NO CONSIDERA QUE SUS PROCEDIMIENTO INTERNOS PARA LA ENTREGA, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CAPACITACION ASI COMO REMISION DE ENTREGA SON LOS MISMOSFORMATOS/ ANEXOS/ DOCUMENTOS QUE SOLICITAN EN TODAS LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DAR NUEVAMENTE RESPUESTA A LA PREGUNTA INICIALMENTE PLANTEADA POR EL LICITANTE.</p>	<p>de que en momento alguno se limita la libre participación, toda vez que lo requerido por la Convocante dentro de la documentación solicitada para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos definidos en el Anexo No. 1.6 de la presente convocatoria permite la presentación de diversas opciones para el cumplimiento de este Rubro, conforme a los Lineamientos señalados por el licitante, contemplando los diferentes supuestos en los que se pueden ubicar los licitantes sea con Dependencias y/o Instituciones Públicas o Privadas.</p>


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código del Rubro de Bienes o Servicios	Número de Rubro de Bienes o Servicios	Nombre del Licitante	ID del Licitante	PREGUNTA	RESPUESTA	REEMBOLSO	RESPUESTA REEMBOLSO	Alcance de Bienes o Servicios
					<p>cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", o c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha acta en todos los casos deberá estar acompañada de copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios. O en el caso de ser: Con Instituciones Privadas: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para</p>			

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de la oferta	Unidad o servicio a licitar	Clase de oferta	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA DE SEGURIDAD	Unidad o servicio
94	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.		8	Numeral 2.7 Dice: Imágenes en 3D en tiempo real ó 4D de 30 volúmenes por segundo o mayor. Numeral 2.32.5 Dice: Transductor convexo de 2MHz o menor o 6MHz o mayor, con frecuencias armónicas, para realizar 3D en tiempo real ó 4D (incluir número de parte o modelo) Entendemos que se deberá ofertar imágenes en 3D en tiempo real (mano alzada) en todos los transductores ofertados y 4D de 30 volúmenes por segundo o mayor en el transductor convexo de 2 MHz o menor a 6 MHz o menor solicitado en el punto 2.32.5 ¿Es correcto?	Id DEM: 4407, Respuesta: Para el numeral 2.7 es correcta su apreciación. Para el numeral 2.32.5 No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el Numeral 2.32.5 Transductor convexo de 2MHz o menor o 6MHz o mayor, con frecuencias armónicas, para realizar 3D en tiempo real o 4D (incluir número de parte o modelo), establecido en la presente convocatoria	todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionados con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los rubros de "Experiencia y Especialidad".		
95	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	1	6297	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE POLIGRAFIA QUE VENGA DE PAISES DENTRO DEL MISMO CONTINENTE AMERICANO, INDEPENDIENTEMENTE SI ESTÁ DENTRO DEL GRUPO DE PAISES QUE SE CUENTE CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, DEL TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACION CORRESPONDIENTE, TOMANDO EN	Id DEM: 6297, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Sistema de Poligrafía interfazado al equipo de la misma marca del angiografo, establecido en la presente convocatoria	Debido a que la respuesta para el numeral 2.7 fue que "es correcta su apreciación" entendemos que debido a la diferencia de terminología en la literatura de cada fabricante entendemos que se podrá ofertar con fines exclusivamente de referenciación como 3D Manos libres para la captura de volumen, disponible con todas las sondas en lugar de "Imágenes en 3D en tiempo real (mano alzada) en todos los transductores ofertados" y además imágenes en 3D tiempo real o 4D de 30 volúmenes por segundo o mayor como se solicita en primera instancia ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 6671, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con imágenes en 3D en tiempo real (Manos libres para la captura de volumen disponible con todas las sondas) o 4D de 30 Volúmenes por segundo o mayor, como opción para el punto 2.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
				SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA DADA A LA EMPRESA CASA PIARRE, S.A. DE C.V EN EL NUMERAL 3.2 LA CUAL LIMITA LA PARTICIPACION DE NUESTRA EMPRESA DADO QUE EL MOTIVO DE ESTA PARTIDA ES ADQUIRIR UN ANGIOGrafo MONOPLANAR AL MEJOR PRECIO Y DE LA MEJOR CALIDAD Y AL SOLICITAR UN POLIGrafo DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO SOLO PERMITE LA PARTICIPACION DE 3 MARCAS CONOCIDAS EN EL MERCADO, POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN	Id DEM: 6672, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Sistema de Poligrafía interfazado al equipo de la misma marca del angiografo, establecido en la presente convocatoria.			DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código interno de la oferta	Nombre del solicitante	Fecha de la oferta	ID del lote	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTA	RESPUESTA A REPRESENTA	Observaciones	
96	OURUX, S.A. DE C.V.	23	4577	CUENTA QUE LA UNIDAD PRINCIPAL (EL ANGIOGRAFO) PROVIENE DE PAISES EN LOS CUALES MÉXICO SI TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LO ANTERIOR NO TENDRIA NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA CON EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA? Numeral 5.4.14, PREGUNTA: Solicitamos a la convocante que para evitar que los documentos no sean legibles a simple vista imposibilitando el análisis integral de la proposición, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición, habilite el campo de anexos adicionales. ¿Se acepta?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no se acepta el planteamiento, sin embargo se precisa que se ha configurado en la plataforma CompraNet, un parámetro para cada uno de los numerales solicitados en la presente convocatoria.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FUNDAMENTAR SU NEGATIVA A LA SOLICITUD DE ESTE ASI COMO DE OTROS PROVEEDORES DE VALIDAR EN LA PLATAFORMA COMPRANET EL CAMPO DE ANEXOS ADICIONALES TODA VEZ QUE LOS PARTICIPANTES SI ESTAN JUSTIFICANDO SU SOLICITUD. MI REPRESENTADA SE MANIFIESTA A FAVOR DE LA MISMA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REPLANTEAR NUEVAMENTE SU RESPUESTA ANTE DICHA SOLICITUD	POLIGRAFO DE DIFERENTE MARCA AL EQUIPO PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACION EN LA LICITACION, SE ACEPTA?	En atención a la pregunta, con fundamento en lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45, párrafo sexto y 46, fracción IV de su Reglamento, resulta procedente señalar que el sistema CompraNet, está habilitado en la parte relativa a este procedimiento de contratación, con las secciones y parámetros necesarios para almacenar cada uno de los documentos requeridos por partida completos y legibles, por tanto, resulta innecesario habilitar el campo de anexos adicionales. Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Manual de usuario para operadores de Unidades Compradoras que realizan procedimientos de contratación en CompraNet, capítulo 3 identificado como funcionalidades presentes en los elementos electrónicos, apartados de Areas de anexos genéricos, dichas secciones se utilizan para incorporar archivos que no son solicitados en el procedimiento de contratación, por tanto, los licitantes no deberán incorporar en dichas secciones aquellos que si son requeridos.	DEM
97	Productos y Servicios Integrales Especializados	8	5249	Entendemos que debido a la información plasmada por el fabricante en sus catálogos, podremos referenciar este punto como Zoom en tiempo real de alta	Id DEM: 5249, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el	Se pide a la convocante se reconsidere ZOOM en tiempo real de alta definición. ¿Se Acepta?	Se pide a la convocante se reconsidere ZOOM en tiempo real de alta definición. ¿Se Acepta?	Id DEM: 6674, Respuesta: Si se refiere al numeral 2.12 Zoom en tiempo real de 8X o mayor y/o alta definición (HD) No se acepta su solicitud, favor de atender que si son requeridos.	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017




MEXICO
CONGRESO DE LA REPUBLICA

Código Código Código	Identificación Social del participante	Fecha de registro	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REQUERIMIENTOS	ASESORÍA TÉCNICA	Asesoría técnica
98	XOCO, SA de CV	24	4352	definición HD ¿Es correcta mi apreciación?	numeral 2.13 Zoom en tiempo real de 8X o mayor y/o alta definición (HD), establecido en la presente convocatoria.	Considerando que se deberá incluir las características del punto 2.5.21 en la propuesta técnica, solicitamos que, se incluya el software y hardware cuando la tecnología propuesta lo requiera, así como la cantidad mínima de consumibles para realizar dicha función (despliegue de curvas de presión transpulmonar o presión esofágica o presión traqueal o EDI) con los pacientes durante un periodo mínimo de 3 meses dentro de la propuesta económica, ya que el instituto establece los requerimientos y características de los bienes solicitados. Ya que si no se integra estos dispositivos no tendría ninguna utilidad solicitar este punto si al final no se van a realizar en las unidades médicas y solo limitaría la libre participación. ¿se acepta?	a la descripción solicitada en el numeral 2.12 Zoom en tiempo real de 8X o mayor y/o alta definición (HD), establecido en la presente convocatoria.	
	OURUX, S.A. DE C.V.			¿Puede la convocante aclarar el por qué limitar la libre participación de los licitantes al solicitar una característica propia del ventilador nava de la marca MAQUET, toda vez que la clave de cuadro básico (541.941.0980) utilizada para elaborar la ficha técnica de la partida en cuestión, no hace mención de esta característica de acuerdo a lo establecido por el consejo de salud pública general, a través de la comisión interinstitucional del cuadro básico de insumos del sector salud? Por lo tanto, ¿se puede ofertar el punto de referencia como una capacidad opcional y no obligatoria del equipo?	En el contenido del acuerdo de la primera actualización de la edición 2011 del cuadro básico y catálogo de instrumental y equipo médico, publicado en el diario oficial de la federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el consejo de salud pública general a través de la comisión interinstitucional del cuadro básico de insumos del sector salud, en su considerando establece en el cuarto párrafo: "... que dicha comisión interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados" por lo que lo solicitado en el punto 2.5.21 despliegue de curvas de presión			

Página 57 de 219


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Postulación	Nombre Razón Social del Licitante	Fecha de Bando de Llamado	Id. Oferta	PRECATORIA	RESPUESTA	REMANENTE	RESPUESTA REQUERIDA	Observaciones
99	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	2	4150	Entendemos que el ofertar temperatura de color dentro del rango solicitado no será motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	transpiración o presión esofágica o presión traqueal o EDI, el licitante deberá incluirlo en su propuesta técnica. Id DEM: 4150, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria.	Es correcto en tender que ofertar una temperatura de color variable que se encuentre dentro del rango solicitado de 4200 o 4500 o 4800 o 5000 o 5500 o 6000 grados kelvin no será motivo de descalificación ¿Es correcta mi apreciación?	Id DEM: 6676, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta ofertar una temperatura de color variable que se encuentre dentro del rango solicitado de 4200 o 4500 o 4800 o 5000 o 5500 o 6000. La convocante requiere de un equipo con temperatura de color variable en el rango 4200 a 6000 grados Kelvin; en este entendido, el licitante podrá ofertar una lámpara quirúrgica doble de led que demuestre tener temperatura de color variable, que como opción podrá tener: 4200, 4500, 4800, 5000, 5500 y 6000 grados kelvin, para comprobar la característica de "variable", solicitada; sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
100	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	1	3757	En caso de que mi representada no oferte equipos de IMAGENOLÓGIA, y para cumplir con el punto 4.1.6 ¿Será suficiente, presentar un escrito en donde manifestemos bajo protesta de decir verdad que debido a que no ofertamos este tipo de equipos no aplica lo antes solicitado a mi representada? ¿Se acepta?	Id DEM: 3757, Respuesta: No se acepta su solicitud. En caso de ofertar equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las	En referencia a la respuesta otorgada a mi representada "Selecciones Médicas de Centro S.A. de C. V.", para los equipos de imagenología, solicitamos a la convocante, nos confirme si en caso de no ofertar dicha partida, no será necesario presentar documentación alguna, sin que sea motivo de desahucio de la propuesta, ya que dentro de los parámetros en ComprasNet, si se establece la presentación de documentación en dicho rubro. Favor de confirmar.	Id DEM: 6677, Respuesta: Administrativa En los numerales en los que la partida en la que participa el licitante no aplique alguno de los requisitos obligatorios, será suficiente con presentar un documento en hoja membreada de la empresa licitante en la que indique el numeral correspondiente con la leyenda "NO APLICA".	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017




Código de Clases de Servicio	Nombre o Razón Social de la Empresa	Número de Oferta	ID de BBO	Descripción	Descripción de las Funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de ofertar equipos en los que no se indique solicite DICOM CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna.	Resumen de la Respuesta	Resumen de la Respuesta	Firma del Licitante
101	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	1	3729	Inciso 5.2.8. Acto de Demostración de las características ofertadas. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique el lugar en donde se llevará a cabo la demostración de las características ofertadas para las partidas 43 y 44. Asimismo, solicitamos nos indique el tipo de conexiones de la toma mural a fin de llevar los accesorios correctos y necesarios para dicha demostración.	Se precisa que, para las partidas 43 y 44, así como para la partida 39 "Unidad de Anestesia Intermedia", las cuales requieren una demostración de características en la ubicación mencionada en la respuesta ofrecida por la convocante, solicitan "...traer junto con los bienes a demostrar los accesorios necesarios para poder realizar la Demostración..." en respuesta al tipo de toma mural existente, por lo que entendemos que tendrían que llevarse cilindros de oxígeno y/o aire a dichas instalaciones para su demostración, sin embargo es común que los cilindros disponibles en el mercado no ofrezcan la presión de gas necesaria para el óptimo funcionamiento del equipo, por lo que sugerimos amablemente a la convocante permita que se realice la demostración de características de las partidas enlistadas anteriormente en la Ciudad de México o área metropolitana, tal como sucede	Se precisa que, para las partidas 43 y 44, así como para la partida 39 "Unidad de Anestesia Intermedia", las cuales requieren una demostración de características en la ubicación mencionada en la respuesta ofrecida por la convocante, solicitan "...traer junto con los bienes a demostrar los accesorios necesarios para poder realizar la Demostración..." en respuesta al tipo de toma mural existente, por lo que entendemos que tendrían que llevarse cilindros de oxígeno y/o aire a dichas instalaciones para su demostración, sin embargo es común que los cilindros disponibles en el mercado no ofrezcan la presión de gas necesaria para el óptimo funcionamiento del equipo, por lo que sugerimos amablemente a la convocante permita que se realice la demostración de características de las partidas enlistadas anteriormente en la Ciudad de México o área metropolitana, tal como sucede	Id DEM: 6678, Respuesta: Se precisa que acorde al numeral 5.2.8 Acto de Demostración de las Características Ofertadas establecido en la presente convocatoria se establece que la demostración de las Partidas 44 Ventilador adulto - pediátrico - neonatal y 39 Unidad de Anestesia Intermedia deberán llevarse a cabo en la División de Equipamiento Médico, ubicada en la calle de Durango 291 Piso 9, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. El licitante deberá traer cilindros de oxígeno y/o aire a dichas instalaciones para la demostración de los equipos antes mencionados, ya que no existe la posibilidad de realizar la demostración en otro sitio toda vez que se ha	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de Licitación	Portador de la Licitación	Seguro de Fianza	Id. DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	COMENTARIO INTERNO	Acta de Licitación
102	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.		2	<p>PREGUNTA 250: Informamos a la convocante que en algunos registros sanitarios, se indican varios domicilios del fabricante, por lo que a nuestro entender, el primer domicilio del fabricante indicado en el registro sanitario, es sobre el que se corroborará la congruencia con el origen de los bienes. Es correcta nuestra apreciación.</p> <p>Ejemplo:</p>  <p>PREGUNTA 251: En caso de ser negativa su respuesta, solicitamos amablemente a la convocante nos confirme contra que domicilio será corroborado el origen de los bienes.</p>	<p>RESPUESTA 250: Id DEM: 3762, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con lo indicado en el numeral 5.2.6 de la convocatoria, para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia (Coherencia, Relación lógica) entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el escrito requerido en el Anexo No. 7, en el numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria.</p>	<p>con "Partida 17 Lámpara quirúrgica doble", entre otras partidas, realizando finalmente dicha demostración en lugares con instalación mural adecuada y donde ultimadamente se pondrán en marcha a disposición del instituto en caso de resultar adjudicatarios.</p>	<p>establecido previamente en la Convocatoria los sitios para efectuar la Demostración de Características Ofertadas por cada partida. Se precisa que el Acto de Demostración de Características Ofertadas para la Partida 43 Ventilador adulto-pediatrico se eliminó de la convocatoria acorde a lo establecido en las Precisiones Técnicas a la Convocatoria, favor de atender lo establecido en las Precisiones Técnicas correspondientes.</p>	<p>Id DEM: 6679, Respuesta: Se precisa que se tomará en consideración aquel que sea congruente con los bienes ofertados y/o con lo manifestado en el Anexo No. 6 o 7 según corresponda.</p>

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Rubro	Nombre y Razón Social del Licitante	Clave del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REQUERIMIENTO	RESPUESTA/REQUERIMIENTO	Observaciones
103	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	13	3773	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Punto 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos Experiencia, la convocante cuantificará la cantidad de contratos y/o pedidos cumplidos presentados en los rubros de "Experiencia y Especialidad del Licitante" Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que copia simple de contrato(s) y/o pedido(s) equivale a copia simple de contrato(s) y/o factura (s).	PREGUNTA 251: Id DEM: 3763, Respuesta: De conformidad con lo indicado en el numeral 5.2.6 de la convocatoria, para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia (Coherencia, Relación lógica) entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el escrito requerido en el Anexo No. 7, en el numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria.	Id DEM: 3773, Respuesta: No es correcta su apreciación. Para acreditar el cumplimiento del Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia	Solicitamos a la convocante nos ratifique la respuesta otorgada a mi representada ya que de conformidad al Rubro 3.1 Cumplimiento de Contratos Inciso a) indican: en el caso de ser con Instituciones Privadas se podrá presentar a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. o b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Favor de confirmar	Id DEM: 6680, Respuesta: Para el supuesto que refiere el licitante para acreditar el cumplimiento del Rubro 1. Cumplimiento de Contratos Con Instituciones Privadas, es correcto entender que se deberá presentar alguno de los documentos siguientes: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios.


No. LA-019GYR040-E8-2017



MEXICO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Número de Orden	Nombre y Razón Social del Solicitante	Fecha de Entrega	ID de Solicitud	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA REQUERIDA	Fecha de Entrega	
104	Siemens Healthcare	10	4398	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar nuestro equipo que realiza la	caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", dicha acta en todos los casos deberá estar acompañada de copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios. O en el caso de ser: Con Instituciones Privadas: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para todos los casos, se aclarará que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de Experiencia y Especialidad.	Id DEM: 4398, Respuesta: No se acepta su solicitud.	Id DEM: 6681, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con la visualización del	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Bases	Nombre y Apellido del Proponente	Forma Jurídica del Proponente	Descripción	Pregunta	Respuesta	Observación	Valoración
105	Diagnósticos S. de R.L. de CV.		medición del Volumen Sistólico (también conocido como volumen de telesistole) directamente en el angiografo, y el cual es mostrado en el informe al término del análisis LVA, lo cual no limita la aplicación clínica del equipo y al término este puede ser enviado al sistema de poligrafía ¿se acepta?	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.11.2 Volumen Sistólico establecido en la presente convocatoria.	tiene al momento la solicitud de este elemento en el polígrafo, en nuestro caso lo tenemos solamente en el equipo y el usuario podrá ver en el mismo tándem de monitores en donde se encuentra la visualización del polígrafo esta funcionalidad, por lo que no afectaría ni en su flujo de trabajo ni en la aplicación clínica, para poder participar en esta licitación solicitamos amablemente se nos acepte la visualización del volumen sistólico directamente en el equipo, recordando que integramos en nuestra propuesta una comunicación bidireccional con el polígrafo de tal manera que podrán compartir información entre el equipo y el polígrafo incluyendo esta función. Se acepta?	volumen sistólico directamente en el equipo, con una comunicación bidireccional con el polígrafo de tal manera que podrán compartir información entre el equipo y el polígrafo incluyendo esta función para ver en el mismo tándem de pantallas, como opción para el punto 3.2.11.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
106	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	7	DEBIDO QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN EN DESUSO LOS CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR CIRCUITOS DESECHABLES, 10 CIRCUITOS DESECHABLES ADULTO, 10 CIRCUITOS DESECHABLES PEDIATRICOS EN SUSTITUCIÓN DE LOS CIRCUITOS REUSABLES. ¿SE ACEPTA?	Se acepta ofertar circuitos desechables, 10 circuitos desechables adulto, 10 circuitos desechables pediátricos en sustitución de los circuitos reusables siempre que cumpla con las características de los tubos reusables del punto 3.2 Dos circuitos de pacientes reusables y esterilizables, con tubos corrugados de al menos 1.2 m de longitud, pieza en "Y" y codo (indicar marca, modelo y/o número de parte); sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Con la finalidad de reducir los riesgos de contaminación en Quirófano solicitamos a la convocante que la sustitución de circuitos desechables por reusables también se acepte en la partida 38 correspondiente a Unidad de Alta especialidad numerales 3.2 y 3.3, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4 ¿Se acepta?	Id DEM: 6682, Respuesta: Es correcta su apreciación, en razón de que la convocante acepta ofertar circuitos desechables, 10 circuitos desechables adulto, 10 circuitos desechables pediátricos en sustitución de los circuitos reusables, se podrán ofertar bolsas de ventilación desechables, toda vez que cumpla con las características de los numerales 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4 descritos en la cédula de descripción de artículo de la "Partida 38 - Anestesia de Alta especialidad, Unidad de".	DEM
106	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	7	ESPECIFICA "CON CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO EN HARDWARE SOFTWARE". SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A RENDERIZACIÓN CON APARIENCIA DE PIEL EN 3D Y 4D, CALCULO AUTOMATICO Y RECONSTRUCCIÓN	No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.21. Con capacidad de crecimiento para programa de ecorealizadores o medios de contraste.	Se solicita amablemente a la convocante reconsiderare aceptar la duración de batería de 1.5 Hr. ¿Se acepta?	Id DEM: 6683, Respuesta: Si se refiere al numeral 2.21. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.21. Con capacidad de crecimiento para programa de ecorealizadores o medios de contraste., establecido en la presente convocatoria	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre y Razón Social del Proponente	Fecha de Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA
107	Selecciones Médicas del Centro S.A. de C. V.	3	3757	VOLUMETRICA DE FOLICULOS, CALCULOS AUTOMATICOS DE OBSTETRICIA, CALCULO AUTOMATICO DE VOLUMEN DE VEJIGA, CALCULO AUTOMATICO DE TRANSLUCENCIA NUCAL, PRESET DE FERTILIZACION IN VITRO, SOFTWARE DE CORTES TOMOGRAFICOS Y CARDIO FETAL, PRESET PARA PISO PELVICO, TDI, CW, SOFTWARE PARA CÁLCULO DE MECANICA VENTRICULAR O TISUE TRACKING, CALCULO DE STRAIN/STRAINRATE. CAPACIDAD DE INTEGRAR TRANSDUCTORES ECTORIALES ADULTOS ,PEDÁTRICO, TRANSEOFAGICOS Y NEONATALES Y OPACIFICACIÓN DE VENTRICULO IZQUIERDO. QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON BATERIA INTERNA CON DURACION DE 1.5HR Y CALENTADOR DE GEL-SE ACEPTA?	de contraste,, establecido en la presente convocatoria.		
				En caso de que mi representada no oferte equipos de IMAGENOLOGIA, y para cumplir con el punto 4.1.6 ¿Será suficiente, presentar un escrito en donde manifestemos bajo protesta de decir verdad que debido a que no ofertamos este tipo de equipos no aplica lo antes solicitado a mi representada? ¿Se acepta?	Id DEM: 3757, Respuesta: No se acepta su solicitud. En caso de ofertar equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de	En referencia a la respuesta otorgada a mi representada "Selecciones Médicas de Centro S.A. de C. V." para los equipos de imagenología, solicitamos a la convocante, nos confirme si en caso de no ofertar dicha partida, no será necesario presentar documentación alguna, sin que sea motivo de deshechamiento de la propuesta, ya que dentro de los parámetros en CompraNet, si se establece la presentación de documentación en dicho rubro. Favor de confirmar.	Id DEM: 6684, Respuesta: Administrativa En los numerales en los que la partida en la que participa el licitante no aplique alguno de los requisitos obligatorios, será suficiente con presentar un documento en hoja membretada de la empresa licitante en la que indique el numeral correspondiente con la leyenda "NO APLICA".

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Clave de Rubro de Bases de Datos	Nombre y Razón Social del Licitador	Punto de Contacto	ID de Rubro	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTATIVA	RESPUESTA REPRESENTATIVA	Asesor Jurídico
108	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.		8	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para cumplir con el punto 2.1 Experiencia se puede presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación.	Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de ofertar equipos en los que no se indique solicite DICOM CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna.			DEM
109	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.		11	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Punto 2.1 Experiencia, la convocante verificará con la copia simple de contrato(s) y/o pedido (s) presentado(s), y cuantificará el tiempo en	Id DEM: 3768, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta presentar facturas para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	En referencia a la respuesta otorgada a mi representada y debido a que en la mayoría de las Instituciones Privadas no emiten un contrato o pedido, solicitamos a la convocante nos permita presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características ya que este tipo de Órdenes de Compra se puede acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos, se acepta?	Id DEM: 6685, Respuesta: Se acepta como opción presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad con Instituciones Privadas, pudiendo acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos.	DEM
				Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Punto 2.1 Experiencia, la convocante verificará con la copia simple de contrato(s) y/o pedido (s) presentado(s), y cuantificará el tiempo en	Id DEM: 3771, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta presentar facturas para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad con Instituciones Privadas, pudiendo acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos, se acepta?	En referencia a la respuesta otorgada a mi representada y debido a que en la mayoría de las Instituciones Privadas no emiten un contrato o pedido, solicitamos a la convocante nos permita presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características ya que este tipo de Órdenes de Compra se puede acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos, se acepta?	Id DEM: 6686, Respuesta: Se acepta como opción presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad con Instituciones Privadas, pudiendo acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Ítem	Nombre/Razón Social del Proveedor	Fecha de recepción de la oferta	ID de oferta	Pregunta	Respuesta	Referencia	Respuesta a la pregunta	Observaciones
110	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	9	3769	años en que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación. Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que copia simple de contrato(s) y/o pedio(s) equivale a copia simple de contrato(s) y/o factura(s).	y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos, se acepta?	pudiendo acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos.	DEM
111	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	12	3772	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para cumplir con el punto 2.2 Especialidad se puede presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones y/o particulares, bienes de la misma naturaleza, características a los ofertados en la presente licitación. Características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación.	Id DEM: 3769, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta presentar facturas para acreditar el subrubro 2.2 Especialidad. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	En referencia a la respuesta otorgada a mi representada y debido a que en la mayoría de las Instituciones Privadas no emiten un contrato o pedido, solicitamos a la convocante nos permita presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características ya que este tipo de Órdenes de Compra se puede acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos, se acepta?	Id DEM: 6687, Respuesta: Se acepta como opción presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad con Instituciones Privadas, pudiendo acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos.	DEM
111	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	12	3772	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Punto 2.2 Especialidad, la convocante cuantificará con el número de contratos o pedidos presentados, en los que se verifique que el licitante ha suministrado a cualquier dependencia y/o institución y/o particular, bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que copia	Id DEM: 3772, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta presentar facturas para acreditar el subrubro 2.2 Especialidad. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	En referencia a la respuesta otorgada a mi representada y debido a que en la mayoría de las Instituciones Privadas no emiten un contrato o pedido, solicitamos a la convocante nos permita presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características ya que este tipo de Órdenes de Compra se puede acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos, se acepta?	Id DEM: 6688, Respuesta: Se acepta como opción presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad con Instituciones Privadas, pudiendo acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de la oferta	Nombre y Razón Social del Proveedor	Día	Fecha de recepción de la oferta	Pregunta	Respuesta	Requerimiento	Respuesta a la pregunta	Fecha de recepción de la oferta
112	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	6	4616	simple de contrato(s) y/o pedido(s) equivale a copia simple de contrato(s) y/o factura (s). En el caso de los sitios donde se requiere desinstalar un equipo, se solicita a la Convocante aclarar si se requerirá transportar los mismos a otro destino o se dejarán en la misma Unidad Médica, de manera que se pueda considerar o no el costo del flete en las partidas que así lo requieran.	Id DEM: 4616, Respuesta: Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha	Se solicita a la Convocante que se levante un acta oficial del sitio en la cual se especificarán las condiciones detalladas del equipo en el momento de su desinstalación, a fin de que la remoción del equipo se lleve a cabo de la mejor manera posible. ¿Se acepta?	Id DEM: 6689, Respuesta: No es correcta su apreciación. El licitante deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Orden Número	Nombre y Razón Social del licitante	Revista número del Libro y/o página	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECOMENDACIÓN	REGISTRADO-PREGUNTA	Asesor Técnico
113	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	1	4026	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA LOS PARÁMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRÍA, TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDIACO). TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	comunicación por parte del Instituto. Id DEM: 4026, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15"o mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 4.	Entendemos que el hecho de ofertar tecnología superior a la solicitada en ficha técnica, no es motivo de descalificación.	Id DEM: 6690, Respuesta: No es correcta su apreciación, para mayor precisión y entendimiento se aclara que aquellos licitantes que no solicitan la aceptación de ofertar de una característica superior a la solicitada de una partida en particular, durante la Junta de Aclaraciones, en el supuesto de que en su propuesta oferte características superiores a la solicitada su aceptación quedará sujeta al criterio del área técnica, que verificará si las mismas superan y comprenden las mínimas solicitadas, en el Anexo 1.1 "Cédula de Descripción del Artículo" de la Convocatoria, de la partida en la que participa el licitante.	DEM
114	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	2	5627	Entendemos que al solicitar la capacidad para dar la posición de nefrectomía o de riñón, la mesa deberá incluir una sección elevable entre la sección de pelvis y el respaldo específicamente destinada a este uso, ¿es correcta esta apreciación?	Id DEM: 5627, Respuesta: Es correcta su apreciación.	Entendemos que solicitan que tenga la elevación de riñón o que sea capaz de dar la posición de NEFRECTOMIA con la que estaríamos cumplimiento con dicho punto. Es correcta nuestra apreciación.	Id DEM: 6691, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.10.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa debe tener la capacidad para dar la posición y 2.12.3 Que permita dar la posición de Krasko o navaja sevillana, establecido en la presente convocatoria. Se precisa que la posición a la que se hace referencia el numeral 2.10.3, es la elevación de la región lumbar o de riñón, la cual debe ser independiente de la sección dorsal y a su vez se tenga la capacidad de elevar la región lumbar, no la dorsal.	DEM
115	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	3	4763	ANEXO 1.6 RUBRO 3 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PRESENTAR FACTURA CON SELLO DE RECEPCION Y/O	Id DEM: 4763, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos el	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE NUESTRA PETICION DE ENTREGAR FACTURA CON SELLO, NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA EL CASO DE DEPENDENCIAS PBLICAS (SOLO PARA EL	Id DEM: 6692, Respuesta: Se reitera que no se acepta su solicitud en virtud de que en momento alguno se limitó la libre participación, toda vez que lo requerido por la Convocante dentro de la documentación solicitada para	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Comentarios	Nombre y razón social del Licitante	Identificación del Licitante	ID del Licitante	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESUESTA A PREGUNTA	Verificación
				NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE, A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO PARA EL CASO DE PRESNETAR DOCUMENTACION DE SEMAR, SEDENA Y/U SERVICIOS DE SALUD, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTOS INSTITUTOS NO MANEJAN COMO TAL UN ACTA DE ENTREGA RECEPCION.	otorgamiento de puntos se dará en función de la verificación del acreditamiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, conforme a la verificación de los documentos siguientes, en el caso de corresponder a contratos o pedidos "Con Dependencias y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas, o b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y	CASO DE SEMAR, SEDENA Y SERVICIOS DE SALUD), TOMANDO EN CUENTA LO EXPUESTO EN NUESTRA PREGUNTA, YA QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON CONTRATOS DE SUMA IMPORTANCIA CON DICHAS DEPENDENCIAS Y ESTO PERMITIRA DEMOSTRAR A LA CONVOCANTE, QUE CONTAMOS CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA.	acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos definidos en el Anexo No. 1.6 de la presente convocatoria permite la presentación de diversas opciones para el cumplimiento de este Rubro, conforme a los Lineamientos señalados por el licitante, contemplando los diferentes supuestos en los que se pueden ubicar los licitantes sea con Dependencias y/o Instituciones Públicas o Privadas.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017




Compras Bienes Bienes Bienes	Nombre y Razón Social del Licitante	País donde se encuentra la Sede	ID del PDA	PRESENTA	RESPUESTA	REPRESENTA	REQUERIDA REGISTRADA	Proceso Final
					<p>Especialidad del Licitante", o c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia o Entidad; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que recibe, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante". dicha acta en todos los casos deberá estar acompañada de copia simple de la factura o de la Remisión de Entrega, pudiendo ocultar los precios. O en el caso de ser: Con Instituciones Privadas: a) Factura legible de los equipos entregados, pudiendo ocultar los precios. O b) Remisión de entrega legible de los bienes entregados, pudiendo ocultar los precios. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que</p>			

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E3-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de la oferta	Nombre o Razón Social del Licitante	País de origen	Pregunta	Respuesta	Referencia	Respuesta Referencia	Admon. Turno
116	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	4	<p>PREGUNTA 250: Informamos a la convocante que en algunos registros sanitarios, se indican varios domicilios del fabricante, por lo que a nuestro entender, el primer domicilio del fabricante indicado en el registro sanitario, es sobre el que se corroborará la congruencia con el origen de los bienes. Es correcta nuestra apreciación. Ejemplo:</p>  <p>PREGUNTA 251: En caso de ser negativa su respuesta, solicitamos amablemente a la convocante nos confirme contra que domicilio será corroborado el origen de los bienes.</p>	<p>acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, relacionada con aquellos contratos en los que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los rubros de "Experiencia y Especialidad".</p> <p>RESPUESTA 250: Id DEM: 3762, Respuesta: No es correcta su apreciación. De conformidad con lo indicado en el numeral 5.2.6 de la convocatoria, para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia (Coherencia, Relación lógica) entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el escrito requerido en el Anexo No. 7, en el numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria.</p> <p>PREGUNTA 251: Id DEM: 3763, Respuesta: De conformidad con lo</p>	<p>En referencia a la respuesta otorgada a mi representada "Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V." Para el domicilio de los registros sanitarios, Solicitamos amablemente a la convocante, nos confirme que domicilio se tomará en cuenta para corroborar la congruencia entre el país de origen de los bienes y el domicilio del fabricante, ya que en la respuesta otorgada, no nos hacen la aclaración de cual es el que se considerará en caso de que vengamos varios domicilios.</p>	<p>Id DEM: 6893, Respuesta: Se precisa que se tomará en consideración aquel que sea congruente con los bienes ofertados y/o con lo manifestado en el Anexo No. 6 o 7 según corresponda.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Banco Código	Nombre o Razón Social del Postulante	Referencia Código Código	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Fecha Firma
118	CONDUIT LIFE S.A. DE V.C.	4	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por normalidad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta en que los	indicado en el numeral 5.2.6 de la convocatoria, para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia (Coherencia, Relación lógica) entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) solicitado(s) en el numeral 4.1.3, contra el manifestado en el escrito requerido en el Anexo No. 7, en el numeral 4.3.3 de la presente Convocatoria.	Entendemos entonces que debido a que las necesidades del área médica son contar con un respaldo de emergencia y de esta forma evitar cualquier imprevisto deberemos ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos, así aumentando la capacidad de rendimiento operativo de los equipos a ofertar, ¿Es correcto?	Id DEM: 6695, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Clave de Registro Público de Comercio	Nombre del Proveedor	Clave de Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Clave de Registro Público de Comercio
119	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	5	3765	equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes. ¿se acepta?	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita amablemente a la convocante que para cumplir con el punto 2.1 Experiencia nos permita presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación. ¿Se acepta?	Id DEM: 3765, Respuesta: No se acepta su solicitud de presentar facturas para el subrubro 2.1 Experiencia. Para los Subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	En referencia a la respuesta otorgada a mi representada y debido a que en la mayoría de las Instituciones Privadas no emiten un contrato o pedido, solicitamos a la convocante nos permita presentar Ordenes de Compra de bienes de iguales o similares características ya que este tipo de Ordenes de Compra se puede acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos, se acepta?	Id DEM: 6696, Respuesta: Se acepta como opción presentar Ordenes de Compra de bienes de iguales o similares características para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad con Instituciones Privadas, pudiendo acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos.	DEM	
120	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	1	4119	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS UN MODO DE COAGULACIÓN MONOPOLAR EN DONDE UNO DE ELLOS CUENTE CON POTENCIA DE 120 WATTS. ¿SE ACEPTA?	Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, establecido en la presente convocatoria.	Se solicita amablemente a la convocante nos defina en qué casos clínicos son utilizados ambos modos de coagulación monopolar de 120 watts ya que consideramos que con un solo modo de coagulación monopolar estandar de 120 watts es suficiente para realizar cualquier procedimiento general. Favor de aclarar.	Id DEM: 6697, Respuesta: No es correcta su apreciación respecto a considerar que un solo modo de coagulación monopolar estandar de 120 watts es suficiente para realizar cualquier procedimiento general. Para lo que se requiere que el licitante considere en su propuesta técnica lo solicitado en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, de la partida 40 establecido en el Anexo 1.1 de la presente convocatoria.	Id DEM: 6697, Respuesta: No es correcta su apreciación respecto a considerar que un solo modo de coagulación monopolar estandar de 120 watts es suficiente para realizar cualquier procedimiento general. Para lo que se requiere que el licitante considere en su propuesta técnica lo solicitado en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, de la partida 40 establecido en el Anexo 1.1 de la presente convocatoria.	DEM	
121	OURUX, S.A. DE C.V.	11	4676	¿SE REFIERE ÚNICAMENTE PARA LA PARTE DE LA CONVOCANTE? Es decir este numeral solo describe que para efectos de revisión de las propuestas la convocante no imprimirá todos los documentos únicamente la descripción técnica y la propuesta económica. Queda	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento.	SE ACLARA A LA CONVOCANTE: 1. QUE LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE NO ESTÁ VINCULADA CON SU PREGUNTA Y; 2. QUE AL SER UNA LICITACION CUYO MEDIO UTILIZADO SERA EL ELECTRONICO POR QUE ASI LO ESTABLECE LA	En atención a la preguntas resulta procedente señalar que efectivamente el numeral 3.7 de la convocatoria resulta aplicable a la convocante y al señor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones.	Id DEM: 6697, Respuesta: No es correcta su apreciación respecto a considerar que un solo modo de coagulación monopolar estandar de 120 watts es suficiente para realizar cualquier procedimiento general. Para lo que se requiere que el licitante considere en su propuesta técnica lo solicitado en el numeral 2.2.3 Con al menos dos modos o efectos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, de la partida 40 establecido en el Anexo 1.1 de la presente convocatoria.	DEM	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre del Proveedor	Forma de Pago	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA
			claro que por parte de los licitantes si se rubricaran todas y cada una de las propuestas de manera autografa, para ser escaneadas y así subidas al portal. Favor de precisar.	documentos en el acto de presentación y apertura de proposiciones, "...la(s) proposición(es) económica(s) Anexo No. 5 se imprimirá(n) y rubricará(n) por el servidor público que presida el acto de conformidad con el artículo 35, fracción II de la LAASP."	CONVOCANTE LOS LICITANTES NO ESTAN OBLIGADOS A RUBRICAR TODAS Y CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE MANERA AUTOGRAFA PARA SER ESCANEADAS Y SUBIDAS AL PORTAL TODA VEZ QUE PARA ELLO REQUIERE LA FIRMA ELECTRONICA. FAVOR DE RESPONDER NUEVAMENTE A LA PREGUNTA DEL LICITANTE	<p>Adicionalmente, conforme al número 3.3. de la propia convocatoria:</p> <p>Los licitantes deberán enviar su proposición firmada electrónicamente, conforme al proceso que se detalla en el numeral 6.3 "Envío y firma de proposiciones" (páginas 65 a 93) de la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet", disponible en la página de CompraNet 5.0, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LAASP y 50 de su Reglamento, así como numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ACUERDO), en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, siendo para los licitantes nacionales, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y para licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de CompraNet que genera el mismo sistema, siendo la única manera de legitimar el consentimiento de los licitantes para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho sistema.</p> <p>En consecuencia los licitantes no están obligados a rubricar todas y cada una de las propuestas de manera autógrafa</p>


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Contorno	Compañía	Requisitos	ID	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Comentarios
122	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	29	6287	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "MULTI-DATA FUSION (SCORE 3D) PROTOCOL" QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6287, Respuesta: No es correcta su apreciación. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.19 Fusión de imágenes o estudios DICOM para TC y RMI con cualquier marca., establecido en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO SOLICITADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. EN ESTE CASO "MULTI-DATA FUSION", DE TAL FORMA QUE NO SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6699, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta referenciar MULTI-DATA FUSION de imágenes o estudios DICOM para TC y RMI con cualquier marca., como opción para el punto 2.7.19, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
123	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	6	4402	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. Debido al alto nivel de tecnología requerido y para permitir el crecimiento del equipo conforme crezcan las necesidades de cada unidad médica, así como con los avances médicos y tecnológicos, entendemos que se deberá ofertar cuando menos crecimiento a futuro de transductor transbráctico 4D ¿Es correcto?	Id DEM: 4402, Respuesta: Es correcta su apreciación.	DEBIDO A QUE ES DIFÍCIL REFERENCIAR EN CATALOGOS COMO ESTA COMPAÑIA SEGURAMENTE ASI LO TIENE, ADEMÁS QUE LA COMPAÑIA SIEMENS ESTUVO DE ACUERDO CON ESTA CEDULA Y SERIA UN PLUS DE SU EQUIPO, ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA/CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO, ESTA RESPUESTA SOLO APLICA ESTA COMPAÑIA Y NO SE MODIFICA EL PUNTO. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6700, Respuesta: Es correcta su apreciación, no será obligatoria para los demás licitantes comprobar lo solicitado en el numeral 2.17 Capacidad de escalamiento de hardware y software a través de ofertar y comprobar cuando menos a crecimiento a futuro de transductor transbráctico 4D. Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con la capacidad de escalamiento enunciada a través de programas aplicados a imágenes 3D o 4D.	DEM
124	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	2	4710	4.1. Proposición Técnica Numeral 4.1.2 Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que por la naturaleza de la licitación electrónica nos permita entregar exclusivamente las páginas, secciones en donde se corroboran las características para los requisitos de los bienes y en su caso el software en español, deberá ser diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas,	Id DEM: 4710, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.1.2. Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos folios,	SOBRE LA RESPUESTA LA PREGUNTA NO ES SOBRE COMO DEMOSTRAR LAS CARACTERÍSTICAS PERO DE ÚNICAMENTE PRESENTAR LA CARATULA Y LAS HOJAS REFERENCIADAS POR CUESTIONES DE TAMAÑO DEL ARCHIVO QUE SE VA A MANDAR ADEMÁS DE AHORRAR HOJAS POR LA IMPRESIÓN POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ÚNICAMENTE INCLUIR LA PORTADA DEL CATALOGO QUE SE USA Y LAS HOJAS DONDE DEMUESTRE LA CARACTERÍSTICA, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6701, Respuesta: No se acepta su solicitud. A efecto de realizar el análisis integral y exhaustivo de su proposición, la documentación para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas,	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Contenido del ítem	Nombre o Razón Social del Licitante	Forma de Pago	ID del ítem	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA REFERENCIAL	Asignación
125	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	3	4399	Numeral 1.1 Dice: Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardíacos en adultos, niños y neonatos. Entendemos que se deberá ofertar equipo únicamente eco cardíográfico ("Eco Nativo"), no de servicios compartidos para imagen general ¿Es correcto?	Numeral 1.1 Dice: Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardíacos en adultos, niños y neonatos. Entendemos que se deberá ofertar equipo únicamente eco cardíográfico ("Eco Nativo"), no de servicios compartidos para imagen general ¿Es correcto?	DEBIDO A QUE ES DIFÍCIL REFERENCIAR EN CATALOGOS COMO ESTA COMPAÑIA SEGURAMENTE ASI LO TIENE, ADEMÁS QUE LA COMPAÑIA SIEMENS ESTUVO DE ACUERDO CON ESTA CEDULA Y SERIA UN PLUS DE SU EQUIPO, ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE ES UNA DEFINICION ESTA RESPUESTA SOLO APLICA ESTA COMPAÑIA Y NO SE MODIFICA EL PUNTO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6702, Respuesta: No es correcta su apreciación, en virtud de que el licitante Siemens no solicita aspecto alguno relativo a referenciación de su propuesta. En razón de que la respuesta otorgada al licitante Siemens, va en el sentido de confirmar que lo requerido por la Convocante en el Numeral 1.1: es un equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardíacos en adultos, niños y neonatos (Eco nativo) Situación que deberá ser considerada por todos los licitantes participantes.	DEM
				resulta ser de 150 Mbytes ¿Se acepta mi propuesta?	catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.", establecido en la presente convocatoria.		secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Censo Número Solicitud Código	Nombre y Razón Social del Proveedor	Boletín Número Código	ID Código	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Atención Proveedor
126	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	4	4400	Numeral 1.1 Dice: Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardíacos en adultos, niños y neonatos. Entendemos que como mínimo se deberá ofertar capacidad de escalamiento a ultrasonografía invasiva con transductores transesofágicos e intracardíacos, lo que posibilitaría en el futuro poder utilizar el equipo durante cirugías cardíacas* ¿Es correcto? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2761099/	Id DEM: 4400, Respuesta: Es correcta su apreciación.	DEBIDO A QUE ES DIFÍCIL REFERENCIAR EN CATALOGOS COMO ESTA COMPAÑIA SEGURAMENTE ASI LO TIENE, ADEMÁS QUE LA COMPAÑIA SIEMENS ESTUVO DE ACUERDO CON ESTA CEDULA Y SERIA UN PLUS DE SU EQUIPO, ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE ES UNA DEFINICION ESTA RESPUESTA SOLO APLICA ESTA COMPAÑIA Y NO SE MODIFICA EL PUNTO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6703, Respuesta: Se aclara, no será obligatoria para los demás licitantes comprobar lo solicitado en el Numeral 1.1 Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardíacos en adultos, niños y neonatos, la capacidad de escalamiento a ultrasonografía invasiva con transductores transesofágicos e intracardíacos, Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con la capacidad de escalamiento enunciada a través de ultrasonografía invasiva y no invasiva.	DEM
127	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	7	5324	Se solicita a la Convocante permita referenciar ultrasonido transorácico y con capacidad de crecimiento a transesofágico. ¿Se acepta?	Id DEM: 5324, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.8 Ultrasonido transorácico, intracardíaco y con capacidad de crecimiento a transesofágico., establecido en la presente convocatoria.	Debido que se trata de un accesorio del equipo principal, y este no impacta de manera directa el desempeño del equipo principal, solicitamos a la convocante nos permita referenciar ultrasonido transorácico y con capacidad de crecimiento a transesofágico. ¿Se acepta?	Id DEM: 6704, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.8 Ultrasonido transorácico, intracardíaco y con capacidad de crecimiento a transesofágico., establecido en la presente convocatoria.	DEM
128	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	8	5338	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1, ¿Es correcto?	Id DEM: 5338, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor reusable por canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y	De acuerdo a la respuesta otorgada por la convocante debemos entender que de acuerdo a lo especificado se deberá ofertar para la medición de presión invasiva al menos 10 domos desechables para el caso de ofertar transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable por canal y módulo solicitado por el total de monitores que integran la central, ¿Es correcto?	Id DEM: 6705, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa deberá incluir en su oferta Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo de presiones invasivas solicitado.	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de oferta	Nombre y Apellido del Proponente	País	Presunta	Respuesta	Requerida	Resolución Requerida	Fecha de Respuesta
129	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	9	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1, ¿Es correcto?	<p>modelo y/o número de parte), 4.2 Para presiones invasivas, 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.</p> <p>Id DEM: 5354, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor reusable por canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte), 4.2 Para presiones invasivas, 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.</p>			DEM
130	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	10	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el	<p>Id DEM: 6706, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa deberá incluir en su oferta Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo de presiones invasivas solicitado.</p> <p>Id DEM: 6707, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa deberá incluir en su oferta Al menos 10 domos desechables para el caso de</p>			DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Bases de Licitación	Nombre y Razón Social del Proveedor	Región	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA PREGUNTA	Aplicar Puntos
131	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	11	5385	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1, ¿Es correcto?	punto 4.2.1, ¿Es correcto?	solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor reusable y un canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte). , 4.2 Para presiones invasivas: 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	desechables para el caso de ofertar transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable por canal y módulo solicitado por el total de monitores que integran la central, ¿Es correcto?	
				Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1, ¿Es correcto?		Id DEM: 5385, Respuesta: No es correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para transductor reusable y un canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte). , 4.2 Para presiones invasivas: 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado.	Id DEM: 6708, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa deberá incluir en su oferta Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo de presiones invasivas solicitado.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Clase de producto	Nombre y razón social del oferente	Página única de oferta	D. de la oferta	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA DEPENDIENTE	REMARKS
132	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	1	4734	<p>ENTENDEMOS QUE SOLO PODEMOS SUBIR ARCHIVOS EN LOS FORMATOS WORD, EXCEL, PDF, JPG O ZIP, Y UNA VEZ CARGADA LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS, SE ENVIARÁ Y LOS ARCHIVOS QUE DEBERÁN FIRMARSE SON LOS EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONOMICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo solicitado., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.</p> <p>Se precisa que los licitantes deberán enviar su proposición firmada electrónicamente, conforme al proceso que se detalla en el numeral 6.3 "Envío y firma de proposiciones" (páginas 65 a 93) de la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet", disponible en la página de CompraNet 5.0, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LAASSP y 50 de su Reglamento, así como numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ACUERDO), en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, siendo para los</p>	<p>DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA A SAVARE MEDIKA, ENTENDEMOS QUE DEBEMOS FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE LOS ARCHIVOS QUE NOS ARROJA EL SISTEMA COMPRA NET, PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA, UNA VEZ ENVIADO EL TOTAL DE LOS ARCHIVOS PARA CADA PARAMETRO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ZPNDIENTE	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de identificación de la oferta	Nombre y Razón Social del Licitante	Folio que forma parte de la oferta	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REQUERIDA	Asesor técnico
133	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	2	4728	4.1.5 DEMOSTRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. MI REPRESENTA OFERTARÁ PARTIDAS QUE DE ACUERDO AL "ANEXO 1.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO", NO REQUIERE DE DEMOSTRACIÓN, POR TAN MOTIVO, ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO APLICA A MI REPRESENTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	licitantes nacionales, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y para licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de CompraNet que genera el mismo sistema, siendo la única manera de legitimar el consentimiento de los licitantes para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho sistema.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A SAVARE MEDIKA, ENTENDEMOS QUE EL NO ADJUNTAR NINGUN DOCUMENTO AL PARÁMETRO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO, EL SISTEMA NOS PERMITIRÁ ENVIAR LA PROPUESTA SIN NINGUN INCONVENIENTE, ASÍ COMO DEJARNOS FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE LA MISMA. ¿ES CORRECTO?	En atención a su repregunta resulta procedente señalar que es correcto su planteamiento.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de registro de la oferta	Nombre y razón social del Licitante	Cant. que se requiere	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Observaciones
134	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	4	4616	En el caso de los sitios donde se requiere desinstalar un equipo, se solicita a la Convocante aclarar si se requerirá transportar los mismos a otro destino o se dejarán en la misma Unidad Médica, de manera que se pueda considerar o no el costo del flete en las partidas que así lo requieran.	electrónico o escrito mediante el cual, personal adscrito a la División de Equipamiento Médico (DEM) de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), indique la hora y fecha programada...". En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.			
					Id DEM: 4616, Respuesta: Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia.	Se entiende que los equipos desinstalados serán destinados a destrucción, ¿es correcta la apreciación?	Id DEM: 6711, Respuesta: No es correcta su apreciación. El licitante deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código Código Código Código	Nombre y Razón Social del Postulante	Fecha de Expiración del Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECONCILIACIÓN	RESPUESTA A PREGUNTA	Asesor Jefe
135	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	5	4616	En el caso de los sitios donde se requiere desinstalar un equipo, se solicita a la Convocante aclarar si se requerirá transportar los mismos a otro destino o se dejarán en la misma Unidad Médica, de manera que se pueda considerar o no el costo del flete en las partidas que así lo requieran.	Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto. Id DEM: 4616, Respuesta: Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los		Id DEM: 6712, Respuesta: Su pregunta no se atiende en virtud de que no versa sobre el contenido de la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, párrafo sexto: "Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante."	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA




Código Único Registro	Nombre y Razón Social del Proveedor	País de Origen del Equipo	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REGISTRIA	Observaciones	
136	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.		3	5191	ENTENDEMOS QUE SOLICITAN UN VENTILADOR QUE OTORQUE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA, LO QUE IMPLICA QUE EL EQUIPO TENGA EXHALACIÓN ACTIVA PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE CO2 Y PEEP INADVERTIDO DENTRO DEL PULMÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto. ID DEM: 5991, RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, POR LO QUE LA ESPECIFICACIÓN Y/O REQUISITO PLANTEADO POR LA EMPRESA NO ES REQUERIDA PARA EL INSTITUTO.	PARTIDA 45 PUNTO 1.1, 3.4 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y MODOS CONVENCIONALES EN LA MISMA UNIDAD PARA NO TENER QUE HACER CAMBIO DE VENTILADOR NI DE CIRCUITO AL CAMBIAR DE UN MODO VENTILATORIO A OTRO. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6713, Respuesta: La convocante requiere que para la "Partida 45 - Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal" se oferte un equipo controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo en modo de ventilación de alta frecuencia oscilatoria y convencional, para pacientes neonatos y pediátricos con compromiso de la función respiratoria. Debiendo cumplir con todos los requisitos señalados en la presente cédula de descripción del artículo, establecida en la presente convocatoria.	DEM
137	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de CV.		14	4409	Numeral 2.16 Dice: Teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrado al tablero de control con interface en español. Entendemos que tanto el teclado alfanumérico como la pantalla touch deberán estar integrados físicamente al tablero de control ¿Es correcto?	Id DEM: 4409, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrados físicamente al tablero de control con interface en español, como la pantalla touch deberán estar integrados físicamente al tablero de control ¿Es correcto?	La integración física del teclado al panel de control garantiza una mayor ergonomía al momento de realizar estudios, ingresar información clínica y etiquetas de pictogramas, existen equipos no de alto desempeño que sólo tienen teclado en la pantalla touch Screen (digital); esto dificulta el flujo de trabajo al no permitir escribir sin ver el teclado gracias a la memorización espacial similar a la que se cuenta, por ejemplo, en cualquier teclado de computadora; aunado a que la posición del touch	Id DEM: 6714, Respuesta: Se acepta ofertar teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrados físicamente al tablero de control con interface en español, como opción para el punto 2.16, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

2882

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Comité Adquisitivo	Nombre y Razón Social del Licitador	Fecha de la Licitación	ID DEB	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REVISADA	Acción
138	CASA PLARRÉ, S.A. DE C.V.	30	6291	ENTENDEMOS QUE LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN FUNGIRÁ TAMBIÉN COMO ESTACIÓN DE TRABAJO O POSTPROCESAMIENTO EN LA CUAL SE PODRÁN HACER TODAS LAS FUNCIONES SOLICITADAS SIN NINGUNA RESTRICCIÓN, DE TAL FORMA QUE ESTO NO INCREMENTARÁ EL COSTO DE LA OFERTA. ¿ES CORRECTO?	demás licitantes hacerlo de esta manera.	LA ESTACIÓN DE TRABAJO O POST-PROCESAMIENTO DEBERÁ DE TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA CON LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, LA CUAL PODRÁ TRABAJAR	Id DEM: 6715, Respuesta: No realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opción vertida por el licitante.	DEM
139	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	2	5151	DICE: DCO2 (ML2/S) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, Y/O ACEPTAR LA MONITORIZACIÓN DEL VOLUMEN CORRIENTE ENTREGADO EN ALTA FRECUENCIA Y CONVENCIONAL LO CUAL ME GARANTIZA UN BARRIDO DE CO2. ¿SE ACEPTA?	ID DEM: 5151, RESPUESTA: SE ACEPTA OFERTAR A MONITORIZACIÓN DEL VOLUMEN CORRIENTE ENTREGADO EN ALTA FRECUENCIA Y CONVENCIONAL LO CUAL ME GARANTIZA UN BARRIDO DE CO2, COMO OPCIÓN PARA EL PUNTO 2.3.2.7 DCO2 (ML2/S), SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA.	PARTIDA 45 PUNTO 2.3.2.7 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA RESPUESTA DADA EN EL ID DEM 5151 Y NO CONSIDERE EL FACTOR DCO2 (ML2/S) COMO OPCIONAL YA QUE ES UN FACTOR IMPORTANTE PUES, CUANDO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA SUPERA LOS 3 HZ, LA PACO2 DEJA DE RELACIONARSE CON EL VOLUMEN MINUTO (VM=VT X F) Y SE MIDE ENTONCES CON EL COEFICIENTE DE TRANSPORTE DE GASES DE ALTA FRECUENCIA O DCO2. NO ES LO MISMO LA MONITORIZACIÓN DEL VOLUMEN CORRIENTE QUE EL CÁLCULO DE UN FACTOR RELACIONADO CON LA PACO2 Y QUE REFLEJA DIRECTAMENTE LOS CAMBIOS EN LA VENTILACIÓN. SOLICITAMOS ENTONCES QUE ESTE PUNTO NO SEA OPCIONAL Y QUEDE COMO ORIGINALMENTE SE SOLICITÓ EN LA CÉDULA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6716, Respuesta: Se precisa que la convocante no esta considerando el numeral 2.3.2.7 DCO2 (ml2/s), de la "Partida 45 - Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal" como opcional, se considera una característica necesaria para referenciar y ofertar. En la respuesta dada en el ID DEM 5151 se menciona que: "se acepta ofertar la monitorización del volumen corriente entregado en alta frecuencia y convencional lo cual garantiza un barrido de CO2, como opción para el punto 2.3.2.7 DCO2 (ml2/s), SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA", lo cual le permite al licitante que realizó la pregunta ofertar dicha característica sin que los demás licitantes deban ofertar de la misma manera, por lo que los licitantes que participen en la "Partida 45 - Ventilador	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Contenido del ítem	Nombre y Razón Social del Proveedor	Equivalencia de la Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPLENTE	Valoración
140	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	31	6292	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "MPR) TOMOGRAPHIC IMAGE (MPR) IMAGEN TOMOGRAFICA", QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6292, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.5 Adquisición de imágenes tomográficas o imágenes de bajo contraste, establecido en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO SOLICITADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA DE CADA TOMOGRAPHIC IMAGE (MPR), DE TAL FORMA QUE NO SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal" deberán oferta lo solicitado en el numeral 2.3.2.7 descrito en la presente cédula de descripción del artículo	DEM
141	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	10	5955	Es correcto entender que los monitores de las centrales deberán contar con capacidad a futuro de medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua; con la finalidad de reducir costos en los paquetes globulares (sangre), ya que se puede determinar de forma oportuna y efectiva si el paciente requiere o no hemoglobina o sangre, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5955, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Solicitemos amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, manteniendo el requerimiento original de la descripción solicitada en el numeral 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo, pero requiriendo capacidad de crecimiento a futuro para medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua considerando los beneficios que ofrece al Instituto en la detección oportuna y efectiva sobre la necesidad de suministrar al paciente hemoglobina o sangre, ¿se acepta?	Id DEM: 6718, Respuesta: Se acepta ofertar Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar) y capacidad de crecimiento a futuro para medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua como opción para el punto 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
142	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	32	6293	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "EXTRACT AORTA", QUE ES COMO EL FABRICANTE DESCRIBE LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6293, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.6 Programa para reemplazo de válvulas aórticas, establecido en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO SOLICITADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. EN ESTE CASO "EXTRACT AORTA", DE TAL FORMA QUE NO SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6719, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta referenciar programa EXTRACT AORTA para reemplazo de válvulas aórticas, como opción para el punto 2.9.6, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
143	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	33	6294	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "3D	Id DEM: 6294, Respuesta: No se acepta su solicitud.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU	Id DEM: 6720, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta referenciar 3D	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Único de Registro de la Oferta	Nombre y Razón Social del Proveedor	Fecha de Respuesta	Pregunta	Respuesta	Reservaciones	Respuesta a Reservación	Asesor Técnico
144	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	15	6554	Reconstrucción, que es como el fabricante describe la realización de este tipo de procedimientos, además de que no se limita a la reconstrucción vascular periférica, con lo cual se cumple con la característica solicitada por la convocante de acuerdo a la terminología de la tecnología empleada. ¿Se acepta?	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.9 Reconstrucción vascular periférico, establecido en la presente convocatoria.	RESPUESTA Y NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO SOLICITADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. EN ESTE CASO "3D RECONSTRUCTION", DE TAL FORMA QUE NO SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	DEM
145	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	34	6297	Solicitamos anablemente a la convocante que nos permita ofrecer un equipo de mamografía con crecimiento futuro a estereotaxia ya que con esa opción también se puede ver el tejido tumoral y también proporciona información sobre el tipo y grado del tumor ayudando así a identificar los nodulos mamarios. ¿Se acepta??	Id DEM: 6554, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 6721, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosíntesis o 3D establecido en la presente convocatoria.	DEM
145	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	34	6297	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA	Id DEM: 6297, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2	Id DEM: 6722, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código del ítem de la oferta	Nombre o razón social del oferente	Capacidad máxima del lote	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECONVOCATORIA	RESPUESTA RECONVOCATORIA	Asesor técnico
146	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	35	6298	OFERTAR UN SISTEMA DE POLIGRAFÍA QUE VENGA DE PAISES DENTRO DEL MISMO CONTINENTE AMERICANO, INDEPENDIENTEMENTE SI ESTÁ DENTRO DEL GRUPO DE PAISES QUE SE CUENTE CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, DEL TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, TOMANDO EN CUENTA QUE LA UNIDAD PRINCIPAL (EL ANGIÓGRAFO) PROVIENE DE PAISES EN LOS CUALES MEXICO SI TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LO ANTERIOR NO TENDRÍA NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA CON EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	descripción solicitada en el numeral 3.2 Sistema de Poligrafía interfazado al equipo de la misma marca del angiográfico, establecido en la presente convocatoria.	IMPLICACIÓN CLÍNICA QUE EL EQUIPO DE POLIGRAFÍA VENGA Y SEA DE UN PAÍS DENTRO DEL MISMO CONTINENTE AMERICANO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA?	Sistema de Poligrafía interfazado al equipo de la misma marca del angiográfico, establecido en la presente convocatoria.	DEM
147	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	36	6299	RESPIRACION/CO2. ESTOS PARAMETROS SON PROPIOS DE UN CAPNÓGRAFO Y EN OCASIONES VIENEN INTEGRADOS EN MONITORES DE SIGNOS VITALES, SIN EMBARGO, HASTA DONDE TENEMOS CONOCIMIENTO NO VIENEN INTEGRADOS EN POLÍGRAFOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE O CONSIDERE ESTE PUNTO OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE CORRESPONDE A OTRO EQUIPO EL	Id DEM: 6298, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Sistema de Poligrafía interfazado al equipo de la misma marca del angiográfico, establecido en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE NO TIENE NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA EL QUE EL EQUIPO DE POLIGRAFÍA SEA DE DIFERENTE MARCA AL ANGIÓGRAFO, YA QUE ESTO ÚNICAMENTE FAVORECE Y CIERRA EL PUNTO A POCAS CASAS COMERCIALES, POR LO QUE SE ESTÁ ELIMINANDO CON ESTO LA LIBRE PARTICIPACION.	Id DEM: 6723, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2 Sistema de Poligrafía interfazado al equipo de la misma marca del angiográfico, establecido en la presente convocatoria.	DEM
				RESPIRACION/CO2. ESTOS PARAMETROS SON PROPIOS DE UN CAPNÓGRAFO Y EN OCASIONES VIENEN INTEGRADOS EN MONITORES DE SIGNOS VITALES, SIN EMBARGO, HASTA DONDE TENEMOS CONOCIMIENTO NO VIENEN INTEGRADOS EN POLÍGRAFOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE O CONSIDERE ESTE PUNTO OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE CORRESPONDE A OTRO EQUIPO EL	Id DEM: 6299, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.5 Respiración/CO2, establecido en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO DE CAPNOGRAFÍA JUNTO CON EL EQUIPO DE POLIGRAFÍA EL CUAL CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO REFERENTE AL REGISTRO SANITARIO VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6724, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.2.5 Respiración/CO2, establecido en la presente convocatoria.	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Número Identificación del bien	Nombre del Proveedor Licitante	Asignación del bien	Id del bien	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Asignación del bien
148	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONE S, S.A. DE C.V.	1	6134	CUAL NO SE ESTÁ OFERTANDO Y NO ESTÁ DENTRO DE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DEL ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR ¿SE ACEPTA? Entendemos que el hecho de abalir, retirar o quitar el calor radiante de manera repentina a un recién nacido grave por un procedimiento, altera las condiciones técnicas poniendo en riesgo la estabilidad del paciente, por lo anterior entendemos que para que el equipo permita el acceso del equipo de rayos X, el elemento calefactor deberá contar con un sistema que continúe suministrando calor con dirección al paciente, esto evitaría cualquier disminución repentina en el calor suministrado durante el tiempo de la toma de placas de radiografía, ¿es correcto?	Id DEM: 6134, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, sin embargo, se acepta ofertar elemento calefactor con un sistema que continúe suministrando calor con dirección al paciente al abatirse, como opción para el punto 2.17 Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Estamos de acuerdo que el 2.17 que dice "Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X" está perfectamente definido en la cédula correspondiente. Sin embargo es importante establecer el tipo de movimiento del calefactor ya sea con movimiento giratorio de 90° hacia ambos lados y que disminuya la potencia de alimentación del calefactor ó con movimiento de enfoque continuo para el calentamiento del infante desde cualquier posición. Lo anterior con partida sea bajo en las mismas condiciones de participación.	Id DEM: 6725, Respuesta: Se precisa que en el numeral 2.17 de la "Partida 8 - Cuna de calor radiante con fototerapia opcional (con fototerapia)", se solicita que la lámpara o elemento calefactor a ofertar sea abatible o que ésta permita el acceso del equipo de Rayos X, por lo tanto los licitantes podrán ofertar una cuna de calor radiante con una lámpara o elemento calefactor que pueda moviéndose tanto horizontal como verticalmente, o hacia ambos lados con movimientos giratorios de 90°, o abatible con un rango de movimiento mayor a los 180° en sentido horizontal, o con movimientos giratorios en sentido horizontal o vertical, toda vez que permita el acceso del equipo de Rayos X y/o durante algunos otros procedimientos que se realicen sobre el paciente, debiendo permitir un enfoque continuo para que el calor se distribuya uniformemente hacia al paciente en todo momento.	DEM
149	TELECOMUNICA CION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	7	4403	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. En México las valvulopatías siguen siendo un problema importante de salud pública siendo la valvulopatía mitral la principal causa. Uno de los estudios que ha tomado relevancia es el Ecocardiograma, que en la actualidad se considera como uno de los métodos más importantes para evaluar la estructura y la función de la válvula mitral*, por lo que entendemos que se deberá ofertar como mínimo equipo con transductor transesofágico 4D y software de cuantificación automática de la válvula	Id DEM: 4403, Respuesta: Es correcta su apreciación.	DEBIDO A QUE ES DIFÍCIL REFERENCIAR EN CATALOGOS COMO ESTA COMPAÑIA SEGURAMENTE ASI LO TIENE, ADEMÁS QUE LA COMPAÑIA SIEMENS ESTUVO DE ACUERDO CON ESTA CEDULA Y SERIA UN PLUS DE SU EQUIPO, ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA/CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO, ESTA RESPUESTA SOLO APLICA ESTA COMPAÑIA Y NO MODIFICA EL PUNTO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6726, Respuesta: Es correcta su apreciación, no será obligatoria para los demás licitantes comprobar lo solicitado en el numeral 2.17 Capacidad de escalamiento de hardware y software a través de ofertar y comprobar cuando menos a crecimiento a futuro de transductor transesofágico 4D y software de cuantificación automática de la válvula mitral y aórtica en 4D o volumétrico Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con la capacidad de escalamiento enunciar a	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre del Proveedor Social del Licitante	País de Origen del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECOMENDACIÓN	RESPUESTA/RECOMENDACIÓN	Verificación
150	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONE S. S.A. DE C.V.		2	5121	Id DEM: 5121, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "2.2.6 Rango de movimiento vertical del brazo de 895 mm como mínimo." establecida en la presente cédula de descripción del artículo.	El rango vertical depende directamente del diseño de cada fabricante, y el valor verdaderamente importante es el alcance superior e inferior teniendo como referencia el piso, pues sin referencia es imposible decir si un rango superior/inferior es de utilidad para el médico. El equipo por ofertar cuenta con un alcance superior máximo de 1643mm desde el piso e inferior mínimo de 755mm desde el piso por lo que el rango total es de 888mm, menos de un 1% inferior al solicitado. Pedimos atentamente a la convocante considere este argumento y nos permita ofertar un sistema con "Rango superior/inferior de 888mm" para dar cumplimiento al requerimiento 2.2.6 siendo que cubre perfectamente las necesidades quirúrgicas manteniendo una ergonomía deseable y un alcance superior e inferior en rangos útiles; y así permitir la libre participación. ¿Se acepta? De ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante nos apoye con la justificación de en qué procedimientos y bajo qué circunstancias se requiere de esos 7mm adicionales en el rango superior/inferior y cuál es la referencia que están utilizando, para poder así informar a fábrica y tener en cuenta estos procedimientos dentro del desarrollo de los siguientes productos e incrementar por lo menos un 1% el rango superior/inferior, en el entendido que el rango solicitado está basado en requerimientos quirúrgicos y no en las características propias de una marca en específico.	Id DEM: 6727, Respuesta: Se acepta ofertar Rango superior/inferior de 888mm como opción para el punto "2.2.6 Rango de movimiento vertical del brazo de 895 mm como mínimo.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	DEM
151	Siemens Healthcare Diagnostics S. de		16	6554	Id DEM: 6554, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofrecer un equipo de mamografía con crecimiento futuro a	Id DEM: 6728, Respuesta: Se precisa que el equipo a ofertar deberá contar con lo solicitado en el numeral 2.14. Con	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de Postulación	Nombre del Postulante	Forma de Pago	Pregunta	Respuesta	Referencia	Respuesta Referencia	Observaciones
152	R.L. de CV.		estereotaxia ya que con esa opción también se puede ver el tejido tumoral y también proporciona información sobre el tipo y grado del tumor ayudando así a identificar los nódulos mamarios. ¿Se acepta?	descripción solicitada en el numeral 2.14. Con crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosintesis o 3D establecido en la presente convocatoria	Solicitamos atentamente a la convocante aclarar. Entendemos que el equipo debe tener la opción de crecimiento en hardware y software necesarios para efectuar tomosintesis o 3D. Solicitamos atentamente a la convocante aclarar.	crecimiento a futuro, con la totalidad de hardware y software necesarios para efectuar Tomosintesis o 3D.	DEM
153	COMERLAT, S.A. DE C.V.	1	DICE: Control remoto inalámbrico PREGUNTA: Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar control remoto inalámbrico, esto debido a que la tecnología inalámbrica representa un mayor costo para el Instituto además de que el hecho de que sea tecnología inalámbrica facilita el robo o extravío de este accesorio lo cual puede representar un daño a las finanzas del Instituto. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5185, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria	Debido a que el objeto de esta licitación es en gran parte el generar ahorros para el Instituto, el solicitar accesorios que no representan una verdadera ventaja clínica, tecnológica y/o en el flujo de trabajo y que por lo tanto únicamente encarecen las propuestas además de que limitan la libre participación, solicitamos a la convocante reconsidere la respuesta otorgada a mi representada y nos permita ofertar: "control remoto inalámbrico", lo cual cubre las especificaciones para las cuales están diseñados estos equipos y no afecta la solvencia de la propuesta. Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6729, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria	DEM
154	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	11	Entendemos que todos los indicadores en pantalla deben poder ser visualizados de forma clara a distancia y desde diferentes ángulos, por lo que se le solicita a la convocante que la pantalla tenga una resolución de al menos 1280 x 700 píxeles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5956, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Con la finalidad de poder ofertar la mayor calidad tecnológica, se solicita amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, y, se permita ofertar pantalla modular a color LCD o TFT de alta definición (1280 x 700 píxeles) de 15" o mayor como opción para el punto 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6730, Respuesta: Se acepta ofertar Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla modular a color LCD o TFT de alta definición (1280 x 700 píxeles) de 15" o mayor como opción para el punto 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
154	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	12	Debemos entender que se deberá ofertar cable troncal para medición de presión invasiva para transductor reusable o desechable de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2.1, ¿Es correcto?	Id DEM: 5401, Respuesta: No es correcta su interpretación. Favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 3.5 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: un cable troncal para	De acuerdo a la respuesta otorgada por la convocante debemos entender que de acuerdo a lo especificado se deberá ofertar para la medición de presión invasiva al menos 10 domos desechables para el caso de ofertar transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable por canal y módulo solicitado por el total de monitores que integran la central, ¿Es correcto?	Id DEM: 6731, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa deberá incluir en su oferta Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kits de transductor desechable, por canal y módulo de presiones invasivas solicitado.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Único de Registro	Sistema Nacional de Selección Electrónica	País	Id. DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA RECONSIDERADA	Demanda
155	Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO, SA de CV	11	5611	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar equipo con disparador inalámbrico ya que no demerita el funcionamiento del equipo.	transductor y un transductor reusable por canal solicitado, dos juegos por módulo solicitado, (indicar marca y modelo y/o número de parte). 4.2 Para presiones invasivas; 4.2.1 Al menos 10 domos desechables para el caso de transductor reusable o al menos 10 kils de transductor desechable; por canal y módulo solicitado., establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Id DEM: 5611, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.	Considerando que el uso de un control inalámbrico permite mayor libertad de movimiento no garantiza el cumplimiento del punto 18.9 de la NOM-229-SSA1-2002 "El paciente debe ser observable en todo momento desde la consola de control por contacto visual directo a través de una mirilla o mediante dos sistemas que sean redundantes entre si, por ejemplo, con espejos y por medio de un sistema de circuito cerrado de televisión. Debe existir comunicación oral." Además de que no existe algún estudio que certifique que el uso del dispositivo inalámbrico mejore la seguridad radiológica y no limitar la libre participación. Se solicita atentamente a la convocante se permita ofertar un disparador inalámbrico.	Id DEM: 6732, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.	DEM
156	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	6	5719	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una pantalla de 15" o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5719, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.2. Pantalla LCD o TFT de 19" o mayor, establecido en la presente convocatoria.	Se solicita amablemente la posibilidad de reconsiderar una pantalla de 15". ¿Se acepta?	Id DEM: 6733, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.2. Pantalla LCD o TFT de 19" o mayor, establecido en la presente convocatoria.	DEM
157	QUANTUM	1	6245	DEBIDO AL ESTRÉS GENERADO AL	ID DEM: 6245,	PARTIDA 45 PUNTO 2.1 DEBIDO A QUE	Id DEM: 6734, Respuesta: Si, es	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre del Proveedor	Cantidad	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPLICA	RESPUESTA/REPLICA	Asesor Jurídico
158	MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	2	3971	CAMBIAR UN PACIENTE DE UN EQUIPO A OTRO, ADEMÁS DE REDUCIR LOS COSTOS EN LA COMPRA DE EQUIPO. ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA UN EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO DUAL CON POSIBILIDAD DE USARSE COMO VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y VENTILACIÓN DE MODO CONVENCIONAL, CON CONTROL DE PARÁMETROS EN PANTALLA, MONITOREO DE OXIGENACIÓN Y VENTILACIÓN PULMONAR CON RESPALDO DE BATERÍA EN TODOS LOS MODOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU SOLICITUD. LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, POR LO QUE LA ESPECIFICACIÓN PLANTEADA POR LA EMPRESA NO ES REQUERIDA PARA EL INSTITUTO, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN EN EL NUMERAL VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO Y NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL.	SOLICITAN UN VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO Y NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL, ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO SE DEBE ESPECIFICAR EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES QUE EL EQUIPO PUEDE VENTILAR TANTO EN MODOS CONVENCIONALES COMO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA A PACIENTES EN UN RANGO DE PESO DESDE 300 G HASTA 30 KG O MAYORES PARA DEMOSTRAR QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	correcta su apreciación. El licitante deberá hacer referencia en anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que el ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico y neonatal con modo convencional puede ventilar tanto en modos convencionales como de alta frecuencia oscilatoria para pacientes neonatales y pediátricos, acorde a lo solicitado en el numeral 2.1, de la "Partida 45 - Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrica/neonatal". Dichas características deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y la documentación presentada.	DEM
159	BIOABAST S.A. DE C.V.	2	3971	Debido a que la distribución de equipos varía desde UMFs hasta UMAEs, se solicita a la convocante poder ofertar un equipo que no cuente con monitorización de presión no invasiva ya que no es un parámetro de monitorización básico y puede ser medido por medio de baumanómetros que se pueden encontrar en cualquier hospital y área. Además, se solicita lo anterior para que no se incremente considerablemente el costo de la partida al ofertar un equipo de monitorización más avanzado de lo requerido por el promedio de los hospitales (el cual sería subutilizado). ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1.5. Despliegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media, establecido en la presente convocatoria.	Solicitan a la convocante que este parámetro sea omitido ya que encarece el equipo y no es un parámetro de monitoreo básico. ¿Se acepta? En caso de que la respuesta sea negativa favor de motivar y fundamentar la respuesta técnica y clínicamente	Id DEM: 6735; Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1.5. Despliegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media, establecido en la presente convocatoria. Como bien lo menciona este es un equipo de soporte de vida que se encuentra en los diferentes servicios y niveles de atención una de las prioridades del instituto es poder proporcionar atención de calidad oportuna en el momento que se requiere.	DEM
159	Biomédica de	2	3971	Debido a que la distribución de equipos	Id DEM: 3971, Respuesta:	Se solicita a la convocante reconsiderar la	Id DEM: 6736; Respuesta: No se acepta	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de la oferta	Nombre y Razón Social del oferente	Forma de pago	ID	PREGUNTA	RESPUESTA	RESEÑA	RESUESTA RESEÑA	Observaciones
160	México S.A. de C.V.		3	varia desde UMFs hasta UMAFs, se solicita a la convocante poder ofertar un equipo que no cuente con monitorización de presión no invasiva ya que no es un parámetro de monitorización básico y puede ser medido por medio de baumanómetros que se pueden encontrar en cualquier hospital y área. Además, se solicita lo anterior para que no se incremente considerablemente el costo de la partida al ofertar un equipo de monitorización más avanzado de lo requerido por el promedio de los hospitales (el cual sería subutilizado). ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1.5 Desplegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media, establecido en la presente convocatoria.	pregunta y permitir poder ofertar un desfibrilador monitor sin monitorización de presión arterial no invasiva, debido a que este es un parámetro que incrementa considerablemente el costo de la partida, y que es posible adquirir por medio de un baumanómetro que puede encontrarse en cualquier área de cualquier hospital. La eliminación de este parámetro significaría un ahorro para el Instituto y evitaría la subutilización de un desfibrilador monitor más avanzado en áreas y hospitales donde no se requiere. ¿Se acepta?	su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.14.1.5 Desplegue numérico de: Presión sistólica, diastólica y media, establecido en la presente convocatoria.	DEM
	BIOABAST S.A. DE C.V.		3995	2.1.5.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA BIFASICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE EL EQUIPO CUENTE CON AL MENOS 23 NIVELES DE ENERGIA YA QUE ESTO ES PARA QUE EL USUARIO TENGA MAS OPCIONES DE ATENDER UN CASO DE URGENCIA YA SEA PEDIATRICO O ADULTO Y QUE SERIA DE VITAL IMPORTANCIA TENER ESTAS MINIMAS OPCIONES EN ESTE EQUIPO.	Se acepta ofertar CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA BIFASICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR CON AL MENOS 23 NIVELES DE ENERGIA como opción para el punto 2.1.5.2 Con selector de nivel de energía para Bifásica en el rango inferior de 2 Joules y en el rango superior de 200 Joules o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	La respuesta dada a la empresa CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. hace referencia en una marca en específico por lo cual se está haciendo un cambio sustancial a las bases y a la descripción solicitada en las mismas por tal motivo solicitamos a la convocante que este punto quede como se solicitó en la cedula ¿Es correcto? En caso de que la respuesta sea negativa favor de motivar y fundamentar la respuesta técnica y clínicamente	Id DEM: 6737, Respuesta: No es correcta su apreciación. Como opción la empresa CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. podría ofertar CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA BIFASICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR CON AL MENOS 23 NIVELES DE ENERGIA como opción para el punto 2.1.5.2 Con selector de nivel de energía para Bifásica en el rango inferior de 2 Joules y en el rango superior de 200 Joules o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	
161	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	2	3686	Con el fin de garantizar que el Instituto contará con relaciones para los equipos adquiridos posterior al término de la garantía, se solicita a la convocante se deba entregar carta de fabricante en el manifiesto que mantendrá la existencia de refacciones durante un periodo mínimo de 5 (Cinco) años a partir del vencimiento de	Id DEM: 3686. Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el apartado IV.1.1 Mantenimiento del ANEXO 1 "Anexo Técnico, Términos y Condiciones" posterior al vencimiento de	Entendemos que posterior al vencimiento de la garantía se refiere a la garantía mínima a ofertar, es decir 36 meses y que aquellos licitantes que opten por ofertar una garantía extendida deberán de presentar la carta de refacciones a partir de los 36 meses. ¿Es correcto?	Id DEM: 6738, Respuesta: No es correcta su apreciación. Posterior al vencimiento de la garantía (36 meses, o en caso de así haberlo ofertado, 42 que incluye mantenimiento mayor o 48 meses) el licitante adjudicatario deberá garantizar, durante un periodo mínimo de 7 (siete) años a existencia de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consejo Ciudadano Estatal de Vigilancia	Nombre y Razón Social del Licitante	Résido por el cual se le otorga el contrato	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA PREGUNTA	Observaciones
162	BIOABAST S.A. DE C.V.	4	5475	DEBEMOS DE ENTENDER QUE PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EL TIEMPO DE AUTODESCARGA DEBERA SER CONFIGURABLE A ELECCIÓN DE LOS USUARIOS EN UN TIEMPO DE SELECCIONABLE DE 30, 60 Y 90 SEGUNDOS. ¿ES ESTO CORRECTO?	No es correcta su apreciación. Se acepta ofrecer TIEMPO DE AUTODESCARGA CONFIGURABLE A ELECCIÓN DE LOS USUARIOS EN UN TIEMPO DE SELECCIONABLE DE 30, 60 Y 90 segundos. ¿Es esto correcto?	La respuesta dada a la empresa HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V. hace referencia en una marca en específico por lo cual se esta haciendo un cambio sustancial a las bases y a la descripción solicitada en las mismas por tal motivo solicitamos a la convocante que este punto quede como se solicito en la cedula ¿Es correcto? En caso de que la respuesta sea negativa favor de motivar y fundamentar la respuesta tecnica y clinicamente	Id DEM: 6739, Respuesta: No es correcta su apreciación. Como opción la empresa HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V. podrá ofertar TIEMPO DE AUTODESCARGA CONFIGURABLE A ELECCIÓN DE LOS USUARIOS EN UN TIEMPO DE SELECCIONABLE DE 30, 60 Y 90 como opción para el punto 2.1.5.3 Con autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
163	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de CV.	3	3686	Con el fin de garantizar que el Instituto contará con refacciones para los equipos adquiridos posterior al término de la garantía, se solicita a la convocante se deba entregar carta de fabricante en el manifiesto que mantendrá la existencia de refacciones durante un periodo mínimo de 5 (Cinco) años a partir del vencimiento de la garantía de los bienes motivo de la licitación. Así como en caso de que el	Id DEM: 3686, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el apartado IV.1 Mantenimiento del ANEXO 1 "Anexo Técnico, Términos y Condiciones", posterior al vencimiento de la garantía se deberá garantizar, durante un	Partidas: 9, 34, 35, 36, 37 Solicitamos poder garantizar mediante carta de fabricante o filial de fabricante la existencia de refacciones durante un periodo mínimo de 6 (Seis) años a partir del vencimiento de la garantía de los bienes motivo de la licitación. ¿Se acepta?	Id DEM: 6740, Respuesta: No se acepta su solicitud. Posterior al vencimiento de la garantía (36 meses, o en caso de así haberlo ofertado, 42 que incluye mantenimiento mayor o 48 meses) el licitante adjudicado deberá garantizar, durante un periodo mínimo de 7 (siete) años la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de la oferta	Nombre y Razón Social del Participante	Fecha de recepción de la oferta	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Fecha de recepción de la oferta
164	BIOABAST S.A. DE C.V.	5	5476	modelo del equipo se descontinúe, a notificarlo por escrito en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho ¿Se acepta?	periodo minimo de 7 (siete) años la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	La respuesta dada a la empresa HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V. hace referencia en una marca en específico por lo cual se esta haciendo un cambio sustancial a las bases y a la descripción solicitada en las mismas por tal motivo solicitamos a la convocante que este punto quede como se solicito en la cedula ¿Es correcto? En caso de que la respuesta sea negativa favor de motivar y fundamentar la respuesta tecnica y clinicamente	de estas refacciones durante el periodo antes señalado.	DEM
165	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	4	3780	EN EL ENTENDIDO DE QUE ES UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA Y CADA SEGUNDO ES DE SUMA PARA PODER ASISTIR AL PACIENTE EN CASO DE UN EVENTO CARDIACO QUE PUEDE LLEGAR A PRESENTAR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTE TIEMPO DE CARGA MAXIMA DE CARGA A 200 JOULES DE MENOR A 5 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA?	No es correcta su apreciación. Se acepta ofrecer TIEMPO DE CARGA A 200 JOULES DE MENOR A 5 SEGUNDOS como opción para el punto 2.1.5.5 Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	Entendemos entonces que se deberán de proporcionar las escrituras publicas correspondientes en las que se acredite debidamente que una sociedad deriva de otra preexistente. ¿Es correcto?	Id DEM: 6741, Respuesta: No es correcta su apreciación. Como opción la empresa HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. podrá ofertar TIEMPO DE CARGA MAXIMA DE CARGA A 200 JOULES DE MENOR A 5 SEGUNDOS como opción para el punto 2.1.5.5 Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	DEM
166	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	3	3970	Anexo 1.6 Solicitamos a la Convocante se sirva confirmar que es admisible presentar, para efectos de cumplir con los criterios de evaluación técnico administrativa 2.1, 2.2 y 3.1, contratos suscritos por una sociedad preexistente en el entendido de que la Sociedad participante es continuadora de dicha sociedad preexistente y además pertenece al mismo grupo corporativo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 3780, Respuesta: Para estar en posibilidad de atender su pregunta, se requiere que el licitante indique el nombre de la razón social que dice ser preexistente y el nombre de la razón social participante, lo cual debe estar debidamente acreditado mediante el acta constitutiva de modificación correspondiente.	Debido a que el indicador de contacto entre las	Id DEM: 6742, Respuesta: Se aclarará nuevamente que el licitante deberá indicar el nombre de la razón social que dice ser preexistente y el nombre de la razón social participante, en el Anexo 1.6 de la Convocatoria lo cual debe estar debidamente acreditado mediante el acta constitutiva de modificación en la que se identifique claramente ese cambio de razón social del licitante. En caso contrario no será considerada la documentación presentada por la licitante en dichos Rubros y Subrubros.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de la Oferta	Nombre y Razón Social del Proponente	Folio que corresponde al artículo	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECONOCIMIENTO	RESPUESTA RECONOCIMIENTO	Observaciones
	México S.A. de C.V.			posible ofertar un equipo con tecnología que ajusta la forma de onda de la descarga de acuerdo a la impedancia del paciente, además del sistema Shock Advisory que determina el contacto de los electrodos y si la impedancia es superior a un límite máximo indicará que no están bien conectados. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.8. Con indicador de nivel de contacto de las palas con el paciente establecido en la presente convocatoria.	palas y el paciente en un desfibrilador no es una característica común a todas las marcas y para permitir la libre competencia de diferentes marcas y modelos, se solicita a la convocante un equipo con tecnología que ajusta la forma de onda de la descarga de acuerdo a la impedancia del paciente, además del sistema Shock Advisory que determina el contacto de los electrodos y si la impedancia es superior a un límite máximo indicará que no están bien conectados. Adicionalmente, se solicita a la convocante considerar que el indicador de contacto entre las palas no es una garantía de la aplicación de una técnica adecuada de desfibrilación. ¿Se acepta?	correcta su apreciación. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.8 Con indicador de nivel de contacto de las palas con el paciente establecido en la presente convocatoria	DEM
167	Biomédica de México S.A. de C.V.	4	3973	Se solicita a la convocante aclarar cuántos juegos de electrodos para desfibrilación/marcapasos tamaño adulto y cuántos tamaño pediátrico es necesario ofertar para cada carro rojo.	Id DEM: 3973, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Electrodo autoadheribles para trascataneos y/o desfibrilación y/o marcapaso tamaño adulto o pediátrico, a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (indicar marca y modelo), para el numeral 4.2 en la presente cédula de descripción del artículo.	Se solicita a la convocante especificar lo siguiente: de la totalidad de electrodos para desfibrilador/marcapasos solicitados por carro (10) ¿cuántos deben ser tamaño adulto y cuántos pediátricos? Es necesario conocer esta información para poder enviar una propuesta económica correcta de acuerdo a la cantidad de electrodos que se entregarán con cada equipo en tamaño adulto y cuántos en tamaño pediátrico. En caso de que la convocante no tenga un número definido, se solicita poder ofertar 5 adultos y 5 pediátricos. ¿Se acepta?	Id DEM: 6744, Respuesta: No se acepta su solicitud, el tamaño de los electrodos solicitados deberán ser entregados en las unidades de destino final de los bienes, conforme a las necesidades que en su caso definan cada una de ellas. Se estima que el tamaño, no es factor determinante para la definición de la proposición económica del licitante, al no existir variación significativa entre un tamaño u otro.	DEM
168	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	12	5957	Se propone a la convocante que la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones de ECG sea a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y reducir costos de consumibles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5957, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.3. Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Se solicita atentamente a la convocante reconsiderar su respuesta, ya que la medición a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; reduce la aparición de artefacto por interferencia en procedimientos clínicos y reduce considerablemente los costos de consumibles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6745, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere cuantos latiguillos tiene el cable del equipo a ofertar para el despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones, se describe en el numeral 3.4 Cable troncal y cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas para uso en paciente adulto por monitor de cabezera solicitado, (indicar marca y modelo y/o número de parte), establecido en la presente convocatoria./ cédula de descripción del artículo.	DEM
169	PHILIPS MEXICO	13	5960	Se propone a la convocante que la función	Id DEM: 5960, Respuesta:	Se solicita atentamente a la convocante	Id DEM: 6746, Respuesta: No se da	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Producto	Nombre e Interacción con el Equipo	Unidad de Medida	Descripción	Respuesta	Recomienda	Responde a Interrogatorio	Observaciones
170	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	14	5965	de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones de ECG sea a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; esto con el propósito de aumentar la comodidad del paciente, disminuir interferencia de cables en otros procedimientos clínicos; así como la aparición de artefactos debido a movimiento y reducir costos de consumibles. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.6.3 Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	reconsiderar su respuesta, ya que la medición a través de un cable de 5 o 6 latiguillos; reduce la aparición de artefacto por interferencia en procedimientos clínicos y reduce considerablemente los costos de consumibles. ¿se acepta nuestra propuesta?	respuesta puntual toda vez que no refiere cuantos latiguillos tiene el cable del equipo a ofertar para el despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones se describe en el numeral 3.4 Cable traccal y cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas para uso en paciente adulto por monitor de cabecera solicitado. (indicar marca y modelo y/o número de parte), establecido en la presente convocatoria./ cédula de descripción del artículo.
171	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	6	4023	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFÍA, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.21 de la partida 3. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.21.1 En al menos un canal, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, manteniendo el requerimiento original de la descripción solicitada en el numeral 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo, pero requiriendo capacidad de crecimiento a futuro para medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua considerando los beneficios que ofrece al Instituto en la detección oportuna y efectiva sobre la necesidad de suministrar al paciente hemoglobina o sangre, ¿se acepta?	Id DEM: 6747, Respuesta: Se acepta ofertar Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), y capacidad de crecimiento a futuro para medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua como opción para el punto 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
						SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS), ASI COMO MÓDULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG Y BIS) DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS A MEDIR	Id DEM: 6748, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples casas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Código Requisitos	Nombre o Razón Social del Postulante	Revisión Número del Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA RESPUESTA	Ante quien Jurató
172	Maquet Mexicana, S. de R.L. de C.V.	3	5930	Solicitamos amablemente a la convocante con el fin de mejorar la calidad de los equipos y reducir los costos por mantenimiento la vida útil de los led sea no menor a 50,000 horas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5930, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar la vida útil de los led sea no menor a 50 000 horas, como opción para el punto 2.4.2.3 Tiempo de vida útil de 25,000 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y A MANERA DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN OFERTAR LAMPARA QUIRURGICA CON ENSAMBLADO DE ACERO CON POLICARBONATO, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6749, Respuesta: No es correcta su apreciación; se acepta ofertar la vida útil de los led de 60 000 horas, como opción para el punto 2.4.2.3 Tiempo de vida útil de 25000 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
173	Maquet Mexicana, S. de R.L. de C.V.	2	4149	Se solicita de la manera mas atenta a la convocante se nos permita ofertar fabricación y diseño de acuerdo a cada fabricante siempre y cuando la fuente de luz sea LED. ¿Se acepta?	Id DEM: 4149, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere el tipo de fabricación y diseño ni describe las características propias del equipo a ofertar.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y A MANERA DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN OFERTAR LAMPARA QUIRURGICA CON ENSAMBLADO DE ACERO CON POLICARBONATO, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6750, Respuesta: No se acepta OFERTAR LÁMPARA QUIRURGICA CON ENSAMBLADO DE ACERO CON POLICARBONATO, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO; favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.2 Ensamblado en base de aluminio, establecido en la presente convocatoria.	DEM
174	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	7	4025	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACION CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	EN VIRTUD DEL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN DEBE A SUS BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUMENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO CONTUNDENTE A LOS PACIENTES QUE ASI LO REQUIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6751, Respuesta: Si se refiere al numeral 2.3.11. Se acepta ofertar Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, y ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS como opción para el punto 2.3.11 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Si se refiere al numeral 2.2.7. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas, y ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código Número del Ítem	Nombre y Razón Social del Licitante	Código Clave del Ítem	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REQUERIDA	Acuerdo Final
175	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	8	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO QUE INCLUYA LOS PARÁMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRÍA, TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDÍACO). TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 4.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO (CON ECG, SPO2, TEMP PRESIÓN NO INVASIVA, GASTO CARDÍACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS), ASÍ COMO MÓDULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS), DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	DATOS GRÁFICOS Y NUMÉRICOS DE TODOS LOS PARÁMETROS como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
176	CONDUIT LIFE S.A DE V.C.	6	EL EQUIPO SOLICITADO EN ESTA PARTIDA REQUIERE DE UN SISTEMA DE ENVÍO DE SEÑAL (WIFI) INALÁMBRICO. ¿LA INSTITUCIÓN HA CONSIDERADO QUE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO SE REQUIERE DE UNA RED INALÁMBRICA QUE TIENE QUE SER COTIZADA POR APARTE? DE OTRA MANERA NO TIENE OBJETO ALGUNO INTEGRAR UN SISTEMA POR MONITOR DEBIDO A SU COSTO. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6449, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.3 Para conectarse a red de monitoreo por vía 2.3.1 Alámbrica., 2.3.2 Inalámbrica., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Entonces entendemos que la comunicación deberá de ser a través de red alámbrica e inalámbrica universal, logrando conectarse a cualquier red incluyendo la de la institución en la que se instalara, asegurando completa compatibilidad sin tener que limitar a que la red tenga que ser específica del fabricante sin tener que cambiar la red de la unidad ¿es correcto?	Id DEM: 6753, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta como opción ofertar para los numerales 2.3 Para conectarse a red de monitoreo por vía: 2.3.1 Alámbrica., 2.3.2 Inalámbrica y de esta última inalámbrica podrá ser universal sin sea específica del fabricante, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
177	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	9	CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por	EN VIRTUD DEL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN DEBE A SUS BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO CONTINENTE A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE	Id DEM: 6754, Respuesta: Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de identificación	Nombre Razón Social del Licitante	Fecha que se recibe la oferta	ID OSA	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPRESENTA	¿Acepta o no la oferta?
178	Maquet Mexicana, S. de R.L. de C.V.	4	4150	Entendemos que el ofertar temperatura de color dentro del rango solicitado no será motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	La empresa no es requerida para el Instituto. No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CALCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	CALCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS. ¿SE ACEPTA?	hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	DEM
179	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	10	4030	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO CON CAPACIDAD DE HASTA CUATRO PRESIONES INVASIVAS, ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19 de la partida 4. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.19.1 En al menos dos canales, establecido en la prescrite cédula de descripción del artículo.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP PRESIÓN NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS), ASI COMO MÓDULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS). DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6755, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Número Código Código	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha de Cotización	ID DE DE	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	COMENTARIOS
180	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	11	4031	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA GASTO CARDIACO, TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 de la partida 4.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP PRESIÓN NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS), ASI COMO MÓDULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS), DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION TECNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6757, Respuesta: Se precisa que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo refeada.	DEM
181	Maquet Mexicana, S. de R.L de C.V.	5	6338	ENTENDEMOS QUE OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3000 A 5000 GRADOS KELVIN NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO, DEBIDO A QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA CEDULA TECNICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6338, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TOMANDO EN CUENTA QUE LA TEMPERATURA DE COLOR QUE BRINDA LA LUZ DEL SOL ES DE 4200 ° K Y ES OPTIMA PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO, PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4300 °K, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6758, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria, toda vez que la temperatura de color que requiere la convocante, debe ser variable y no fija.	DEM
182	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	13	4402	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. Debido al alto nivel de tecnología requerido y para permitir el crecimiento del equipo conforme crezcan las necesidades de cada unidad médica, así como con los avances médicos y tecnológicos, entendemos que se deberá ofertar cuando menos crecimiento a futuro de transductor transoráculo 4D ¿Es correcto?	Id DEM: 4402, Respuesta: Es correcta su apreciación.	En relación a la pregunta otorgada al licitante SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V., solicitamos nos ratifique que no deberá ser obligatorio para los demás licitantes, en el entendido que al adicionar esta característica se modifica la cédula de forma sustancial y afecta los resultados obtenidos en la investigación de mercado al impactar significativamente el costo del equipo. ¿Se acepta?	Id DEM: 6759, Respuesta: Es correcta su apreciación, no será obligatoria para los demás licitantes comprobar lo solicitado en el numeral 2.17 Capacidad de escalamiento de hardware y software a través de ofertar y comprobar cuando menos a crecimiento a futuro de transductor transoráculo 4D. Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con la capacidad de escalamiento enunciativa a través de programas aplicados a imágenes 3D o 4D	DEM
183	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	15	5967	Es correcto entender que los monitores de las centrales deberán contar con capacidad a futuro de medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua; con la finalidad de reducir costos en los paquetes	Id DEM: 5967, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.8 Saturación de	Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, manteniendo el requerimiento original de la descripción solicitada en el numeral 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), y capacidad de crecimiento a futuro para medir	Id DEM: 6760, Respuesta: Se acepta ofertar Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), y capacidad de crecimiento a futuro para medir	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-EB-2017



Código de artículo de Bases de Licitación	Nombre o Razón Social del Licitante	Clave prima de la oferta	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REGUNTA	RESPUESTA	REGUNTA	RESPUESTA
184	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	16	5710	Con el propósito de mejorar la resolución temporal en estudios cardiológicos, se entiende que se requiere ofertar un equipo que pueda adquirir al menos 1,500 cuadros por segundo, ¿es correcta nuestra apreciación?	globulares (sangre), ya que se puede determinar de forma oportuna y efectiva si el paciente requiere o no hemoglobina o sangre, ¿Es correcta nuestra apreciación?	oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Id DEM: 5710, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico 180 dB o mayor con adquisición de al menos 1,500 cuadros por segundo, como opción para el punto 2.14., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	ofertar), establecido en la presente cédula de descripción del artículo, pero requiriendo capacidad de crecimiento a futuro para medir Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua considerando los beneficios que ofrece al Instituto en la detección oportuna y efectiva sobre la necesidad de suministrar al paciente hemoglobina o sangre, ¿se acepta?	Hemoglobina, Carboxihemoglobina y Metahemoglobina de forma no invasiva y continua como opción para el punto 2.3.8 Saturación de oxígeno para la medición en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología a ofertar), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
185	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	12	4032	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFÍA, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.21 de la partida 4. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.21.1 En al menos un canal, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESIÓN NO INVASIVA, GASTO CARDÍACO Y 2 PRESIONES INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS). DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARÁMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6762, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples canales solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	Id DEM: 6761, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rango dinámico 180 dB o mayor con adquisición de al menos 1,500 cuadros por segundo, como opción para el punto 2.14., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	
186	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	32	5750	El Índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	La tecnología de nuestro fabricante se conoce como CSI y realiza la misma función de monitoreo de la profundidad anestésica del paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante ofertar de acuerdo al nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Id DEM: 6763, Respuesta: Se acepta ofertar módulo para Índice Biespectral con el nombre del fabricante como: "CSI" (indicar marca y modelo y/o número de parte), como opción para el punto 2.3.23 Un módulo para Índice	Id DEM: 6763, Respuesta: Se acepta ofertar módulo para Índice Biespectral con el nombre del fabricante como: "CSI" (indicar marca y modelo y/o número de parte), como opción para el punto 2.3.23 Un módulo para Índice	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Postulación	Nombre y Razón Social del Postulante	Código Único del Postulante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Asesor técnico
187	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	31	5747	acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	Las etiquetas de nuestro fabricante son ART, LVP, PAP, RVP, CVP, LAP, RAP y solicitamos poder ofertar de acuerdo a estas nomenclaturas, las cuales hacen referencia a cada una de las presiones, mismas que se describen en catálogos y manuales ¿Se aceptan?	Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6764, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar Las etiquetas de su fabricante que son ART, LVP, PAP, RVP, CVP, LAP, RAP nomenclatura que documentara la correspondencia en catálogos y manuales a cada una de las etiquetas solicitadas en el numeral 2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar intracranial, presión genérica definida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
188	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	13	4034	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACION CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	EN VIRTUD DEL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN DEBE A SUS BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUMENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO CONTINENTE A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6765, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS y Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, como opción para los puntos 2.2.7 y 2.3.11, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
189	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	14	4035	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y CON LA INTENSION DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSION DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA LOS PARAMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRIA,	No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" o mayor, establecido en la presente cédula de	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MODULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS), ASÍ COMO MODULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS) DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA	Id DEM: 6766, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Forma jurídica del participante	Número Razón Social del participante	Forma jurídica del participante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Comentarios	
190	CONDUIT LIFE S.A. DE V.C.	7		TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDIACO), TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA? Dice: 2.6.12 Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea. Pregunta: Con la finalidad de ofrecer al personal usuario una visualización óptima sin obstaculizar los parámetros ventilatorios monitorizados, solicitamos a la convocante permita ofertar el despliegue de al menos una curva seleccionable entre 3 diferentes. ¿Se acepta? Pregunta: Ya que lo que se solicita es un ventilador de traslado el cual se ocupa en espacios reducidos con personal usuario siempre al pendiente del estado del paciente con la información más elemental a primera vista, solicitamos a la convocante permita ofertar el despliegue de una sola curva de ventilación en la pantalla con lo que el usuario puede enfocarse en la información más importante, ¿Se acepta?	descripción del artículo. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 5. Id DEM: 6078, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.12 Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea, establecido en la presente convocatoria.	DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARÁMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA? DICE: 2.6.12. Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: 2.6.12.1. Volumen-Tiempo, 2.6.12.2. Flujo-Tiempo, 2.6.12.3 Presión-Tiempo. PREGUNTA: De acuerdo con la respuesta dada a las empresas VALBREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., DRAGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V con este punto y pensando en las necesidades visuales de acuerdo con el personal técnico, médico y paramédicos que operan el equipo en la terapia y traslado del paciente en ventilación mecánica, está bien establecido que una vez que el usuario opera el equipo en modo presión o volumen lo que requiere visualizar en pantalla, es la curva de ese parámetro y los demás parámetros los asocia con los datos numéricos desplegados en pantalla. Por lo que solicitamos a la convocante de la manera más atenta se nos permita ofertar este punto con despliegue de curva de acuerdo con el parámetro utilizado presión o volumen, siempre y cuando el equipo a ofertar tenga despliegue numérico y curva de manera simultánea que no afecte la terapia del paciente. ¿Se acepta? En caso de que la respuesta sea negativa, favor de motivar y fundamentar la respuesta técnica y clínicamente.	monitores que integran la central de monitoreo referida.	Id DEM: 6767, Respuesta: No se acepta su solicitud, ya que la convocante requiere que se oferte un equipo, para apoyo ventilatorio en pacientes pediátricos y adultos que tienen comprometida la función respiratoria y requieren traslado intra o extra-hospitalario, por lo que deberá permitir el despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea, acorde a lo solicitado en el numeral 2.6.12, establecido en la presente convocatoria. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.6.12 establecida en la presente convocatoria.	DEM
191	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	15	4037	CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea, establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 3604, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea, establecido en la presente convocatoria.	EN VIRTUD DEL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN DEBE A SUS BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUMENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN	Id DEM: 6768, Respuesta: Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL	DEM	


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de la Licitación	Nombre o Razón Social del Proveedor	Cantidad	Clave de la Licitación	PREGUNTA	RESPUESTA	REVISIÓN	RESPUESTA/REVISIÓN	Observaciones
192	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	1	6560	SE AGREGUEN CALCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6560. Respuesta: Descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	UN BENEFICIO CONTUNDENTE A LOS PACIENTES QUE ASI LO REQUIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE CALCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS. ¿SE ACEPTA?	Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
193	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	16	4039	47.- I. CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES 8. Lámpara quirúrgica doble led (clave: 531.562.101.04.01) Punto 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200° a 6000° kelvin ¿Se refiere a que la temperatura de color de la lámpara debe estar entre los 4200° a 6000° kelvin o que la lámpara tenga la posibilidad de cambiar la temperatura de color, es decir no debe ser fija?	Id DEM: 6560. Respuesta: De conformidad con lo solicitado en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200° a 6000° grados Kelvin, la lámpara quirúrgica doble deberá tener la posibilidad de cambiar la temperatura de color, es decir no debe ser fija.	Es corrector entender que la oferta temperatura de color variable de 4500 y 5000 grados kelvin, se estaría cumpliendo con lo solicitado ya que esto se encuentra dentro del rango solicitado ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6769. Respuesta: No es correcta su apreciación, en el entendido que la variación solicitada es de 4200 a 6000 grados kelvin, entendiéndose como el rango.	DEM
194	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	17	4040	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO CON CAPACIDAD DE HASTA CUATRO PRESIONES INVASIVAS, ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19 de la partida 5.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MODULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS), DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6770. Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples canales solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
194	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	17	4040	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.20 de la partida 5.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MODULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS), ASI COMO MODULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS), DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA EN TANTO SE	Id DEM: 6771. Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples canales solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de la oferta	Nombre y Razón Social del oferente	Cantidad	Id DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA A REPERCUTIVA	Agrupación
195	Maquet Mexicana, S. de R.L de C.V.	1	4309	Entendemos que todas las características descritas en la cédula se deberán demostrar a la convocante mediante la muestra física y/o marcaje técnico. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 4309, Respuesta: No es correcta su apreciación. El Acto de Demostración de las Características Ofertadas, se realizará conforme lo indicado en el numeral 5.2.8 de la Convocatoria.	CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
196	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	14	4402	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. Debido al alto nivel de tecnología requerido y para permitir el crecimiento del equipo conforme crezcan las necesidades de cada unidad médica, así como con los avances	Id DEM: 4402, Respuesta: Es correcta su apreciación.	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa solicitamos considerar solamente el crecimiento a evaluación a estudios transesofágicos y no transabdominales. Ya que el crecimiento a futuro de la evaluación transabdominal es propio de una casa comercial y	Id DEM: 6772, Respuesta: Se acepta su solicitud de realizar demostraciones en sus instalaciones de SHOWROOM CDMX. Se aclara a este licitante y a todos aquellos que participen en el presente proceso licitatorio para la partida: 17, 11943 Lámpara quirúrgica doble de led, que los licitantes deberán indicar en la solicitud de cita que realicen vía correo electrónico al personal de contacto señalado en el Acta de la Convocatoria, el cual puede ser en la Cd de México y área metropolitana, como se indica en la tabla incluida bajo el apartado "Acto de Demostración de las Características Ofertadas" del numeral 5.2.8 de la Convocatoria. Por lo que los licitantes deberán verificar que cuenten con lo necesario para llevar al cabo el Acto de Demostración de las Características Ofertadas, incluyendo de ser necesario contar con la obra necesaria para la instalación de la lámpara y el voltaje requerido para el buen funcionamiento del equipo.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Único de Proceso	Nombre Comercial Social del Licitante	Fecha de Respuesta	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTANTE	RESPUESTA REPRESENTANTE	Observaciones
197	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	17	3585	médicos y tecnológicos, entendemos que se deberá ofertar cuando menos crecimiento a futuro de transductor transductor 4D ¿Es correcto? Punto 2.8.5 Solicitamos a la convocante nos permita mejorar el tamaño del pixel a 70 micrones o menor, ya que esto nos permite crear imágenes con mejor definición. ¿Se acepta?	Id DEM: 3585, Respuesta: Se acepta ofertar tamaño de pixel de 70 micrones o menor, como opción para el punto 2.8.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6774, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar tamaño de pixel de 70 micrones o menor, como opción para el punto 2.8.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	DEM
198	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	18	5715	Con la finalidad de mejorar la productividad, el tiempo de vida del tubo y el flujo de trabajo maximizando las capacidades del equipo y teniendo en cuenta los volúmenes a los que pudiera ser sometido el equipo, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un tubo de rayos X de al menos 300KHU. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5715, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con un rango de capacidad calorífica del ánodo de 300 KHU o mayor, como opción para el punto 2.2.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6775, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con un rango de capacidad calorífica del ánodo de 300 KHU o mayor, como opción para el punto 2.2.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
199	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	18	4041	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFIA, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 de la partida 5. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.21.1 En al menos un canal, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Id DEM: 6776, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples caías solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
200	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	28	5766	El Índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante. ¿Se acepta?	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	Id DEM: 6777, Respuesta: Se acepta ofertar módulo para Índice Biespectral con el nombre del fabricante como: "CSI" (indicar marca y modelo y/o número de parte), como opción para el punto 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte), sin ser obligatorio	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Código Único Registro Oferta	Nombre o Razón Social del Licitante	Fecha de Recepción de la Oferta	ID Oferta	Requerimiento	Respuesta	Respuesta	Respuesta a Requerimiento	Observaciones
201	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	27	5763	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas mínimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	Las etiquetas de nuestro fabricante son ART, LVP, PAP, RVP, CVP, LAP, RAP y solicitamos poder ofertar de acuerdo a estas nomenclaturas, las cuales hacen referencia a cada una de las presiones, mismas que se describen en catálogos y manuales ¿Se aceptan?	para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6778, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar Las etiquetas de su fabricante que son ART, LVP, PAP, RVP, CVP, LAP, RAP nomenclatura que documentara la correspondencia en catálogos y manuales a cada una de las etiquetas solicitadas en el numeral 2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar intracranial, presión generica definida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
202	GRUPO ORINIA, S.A. DE C.V.	19	4043	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACION CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto	EN VIRTUD DEL ESPIRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCION DEBE A SUS BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUMENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO CONTINENTE A LOS PACIENTES QUE ASI LO REQUIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSION DEALMACENAMIENTO DE 80 DIAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6779, Respuesta: Se acepta ofertar Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario., y ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS como opción para el punto 2.3.11 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínima de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., y ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017

Página 111 de 219


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo del Registro	Nombre Comercial del Participante	Forma Jurídica del Participante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA RESPUESTA	Asignación
205	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	21	4046	CON LA INTENCIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS; LOS CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	numeral Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea, establecido en la presente convocatoria. No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	EN VIRTUD DEL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN DEBE A SUS BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUMENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO CONTUNDENTE A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6782. Respuesta: Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	DEM
206	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	29	5739	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las arritmias, por lo que solicitamos de la manera más atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 arritmias ¿Se acepta?	Id DEM: 5803. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles., 2.2.9	De acuerdo con la respuesta en el entendido que los monitores son los que se conectan al paciente y son los que miden los parámetros, y detectan las alarmas y arritmias y se reflejan en el monitor de la central, y no caso contrario, entendemos que esta será la función a ofertar ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6783. Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere que el monitor central tendrá la función de detectar diez diferentes tipos de arritmias en relación a los trazos enviados por los monitores de cabecera a esta central	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Clase de bien o servicio	Nombre y razón social del participante	Rep. de la oferta	IP del bien	PREGUNTA	RESPUESTA	PERICUOSIDAD	RESPUESTA A PREGUNTA	Ítem en sistema
207	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	22	4048	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA GASTO CARDIACO, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Detección de al menos 10 arritmias., establecido en la presente cédula de descripción del artículo. No se acepta su solicitud .Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.20 de la partida 6.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESIÓN NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS). ASÍ COMO MÓDULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS). DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6784, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
208	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	23	4049	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFÍA, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 de la partida 6.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESIÓN NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS). ASÍ COMO MÓDULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS). DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6785, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
209	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	30	5745	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento numérico del parámetro, deberemos de poder revisar la curva monitorizada del paciente por al menos 72 horas previas al	No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla	Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refieren con función "full disclosure", ya en nuestro entendido es la visualización de la curva de los valores de paciente de manera continua en el tiempo solicitado (de al menos 72 horas), ¿Es esto correcto? En caso de no ser correcto	Id DEM: 6786, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere el despliegue completo o continuo de las curvas monitorizadas en pantalla de al menos un periodo de 72 horas esto para el	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Número Número	Nombre del Socio del Proveedor	Referencia Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Área de evaluación
				momento de la visualización ¿Es esto correcto?	completa o "full disclosure" de 72 horas., establecido en la presente convocatoria/ cédula de descripción del artículo.	solicitamos a la convocante nos aclare el término.	numeral 2.2.8 en la presente cédula de descripción del artículo.	
210	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	15	4402	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. Debido al alto nivel de tecnología requerido y para permitir el crecimiento del equipo conforme crezcan las necesidades de cada unidad médica, así como con los avances médicos y tecnológicos, entendemos que se deberá ofertar cuando menos crecimiento a futuro de transductor transtorácico 4D ¿Es correcto?	Id DEM: 4402, Respuesta: Es correcta su apreciación.	En relación a la respuesta otorgada al licitante SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V., solicitamos considerar solamente el crecimiento a evaluación a estudios transeofágicos. Lo anterior, debido a que la ecocardiografía transeofágica brinda una segunda ventana para la exploración del corazón, con la que se eliminan las limitaciones de la ecocardiografía transtorácica. Sus principales indicaciones son: disección aórtica y otras enfermedades aórticas, endocarditis, focos embólicos y masas cardíacas, estenosis e insuficiencias valvulares, prótesis valvulares, cardiopatías congénitas, evaluación del paciente en estado crítico, ecocardiografía intraoperatoria y de intervención entre otras. La ecocardiografía transeofágica constituye un excelente complemento a la transtorácica y por su mayor sensibilidad diagnóstica, que en conjunto con el desarrollo tecnológico 4D, permite cubrir todas las indicaciones que no son cubiertas con las ecocardiografía transtorácica en 4D. Adicionalmente a esto todas las publicaciones de Sociedades de Ecocardiografía mundialmente reconocidas, refieren la mayor sensibilidad de la ecocardiografía transeofágica sobre la transtorácica 4D. ¿Se acepta?	Id DEM: 6787, Respuesta: Es correcta su apreciación. Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con la capacidad de escalamiento enunciada a través de programas aplicados a imágenes 3D o 4D	DEM
211	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	19	5717	Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una matriz de 1MP o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5717, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.2. Matriz de 2 MP o mayor, establecido en la presente convocatoria.	Se solicita amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, para no limitar la libre participación. ¿Se acepta ofertar una matriz de 1MP o mayor?	Id DEM: 6788, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.2. Matriz de 2 MP o mayor, establecido en la presente convocatoria.	DEM
212	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	24	4051	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocatoria.	EN VIRTUD DEL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN DEBE A SUS	Id DEM: 6789, Respuesta: Se acepta ofertar Tendencias gráficas y numéricas	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Condiciones y requisitos	Nombre o Razón Social del Licitante	Fecha de Licitación	ID LEP	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESUESTA A REFERENCIA	Asesor Licitación
213	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	24	5782	EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MÍNIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS, LO CUAL REDUNDARÁ EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRÁFICOS Y NUMÉRICOS DE TODOS LOS PARÁMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLÍNICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUMENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO CONTINENTE A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS DATOS GRÁFICOS Y NUMÉRICOS DE TODOS LOS PARÁMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLÍNICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario., y ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS DATOS GRÁFICOS Y NUMÉRICOS DE TODOS LOS PARÁMETROS como opción para el punto 2.3.11 Tendencias gráfica y numéricas de 24 horas como mínima de todos los parámetros, seleccionables por el usuario., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Se acepta ofertar Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., y ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS DATOS GRÁFICOS Y NUMÉRICOS DE TODOS LOS PARÁMETROS como opción para el punto 2.2.7 Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de 24 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
214	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	23	5779	El índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	La tecnología de nuestro fabricante se conoce como CSI y realiza la misma función de monitoreo de la profundidad anestésica del paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante ofertar de acuerdo al nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	id DEM: 6790, Respuesta: Se acepta ofertar módulo para índice Biespectral con el nombre del fabricante como: "CSI" (indicar marca y modelo y/o número de parte), como opción para el punto 2.3.23 Un módulo para índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
				Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas mínimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	Las etiquetas de nuestro fabricante son ART, LVP, PAP, RVP, CVP, LAP, RAP y solicitamos poder ofertar de acuerdo a estas nomenclaturas, las cuales hacen referencia a cada una de las presiones, mismas que se describen en catálogos y manuales ¿Se aceptan?	id DEM: 6791, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar Las etiquetas de su fabricante que son ART, LVP, PAP, RVP, CVP, LAP, RAP nomenclatura que documentará la correspondencia en catálogos y manuales de cada una de las etiquetas solicitadas en el numeral	Página 115 de 219

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Bienes	Antecedente Social del Licitante	País	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA REFERENCIAL	Id DEM
215	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	25	4052	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA LOS PARÁMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRÍA, TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDIACO). TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" mayor, establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a la Presión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 7.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS). DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARÁMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arteriopulmonar, intracraneal, presión generica delida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
216	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	26	4054	CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS; LOS CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE	EN VIRTUD DEL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN DEBE A SUS BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUMENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO CONTUNDENTE A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6793, Respuesta: Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Bienes	Nombre y Razón Social del Participante	Fecha de Registro	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPUESTA	RESPUESTA REPUESTA	Asesor Técnico
217	CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.	9	5200	PREGUNTA: Debido a que para la terapia en aerosol se necesitan partículas menores a 5 micras(µm) para que el medicamento llegue a sacos alveolares y los sistemas neumáticos cumplen con esta característica, además de ser sincrónicos con la inspiración lo que da un mejor depósito de la partícula sin desperdicio de medicamento, solicitamos de la manera más atenta a la convocante el poder ofertar este punto de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, no limitando con esto la libre participación. ¿Se acepta?	Id DEM: 5200, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere las características de acuerdo a la tecnología de cada fabricante propias del equipo a ofertar.	DICE: 2.7.9. Nebulizador ultrasónico, para aerosolterapia con sistema de sonido de alta frecuencia para producir aerosol, con cámara de acoplamiento con transductor, para la generación de partículas finas, flujo de salida regulable, ml/h; 2.7.10. Puerto para Micronebulizador. PREGUNTA: Debido a que para la terapia en aerosol se necesitan partículas menores a 5 micras(µm) para que el medicamento llegue a sacos alveolares y los sistemas neumáticos cumplen con esta característica, además de ser sincrónicos con la inspiración lo que da un mejor depósito de la partícula sin desperdicio de medicamento, y de acuerdo al punto 2.7.10, solicitamos de la manera más atenta a la convocante el poder ofertar este punto con puerto integrado al equipo para Micronebulizador neumático o ultrasónico, lo que no afecta la terapia y entrega de aerosol continuo con partículas de aproximadamente ≤ 5µm. Por lo tanto el licitante deberá comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y la documentación presentada, sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.	Id DEM: 6794, Respuesta: Se acepta ofertar puerto integrado al equipo para Micronebulizador neumático o ultrasónico, lo que no afecta la terapia y entrega del medicamento al paciente como opción para los numerales 2.7.9 Nebulizador ultrasónico incluido, para aerosolterapia con sistema de sonido de alta frecuencia para producir aerosol, con cámara de acoplamiento con transductor, para la generación de partículas finas, flujo de salida regulable en ml/h y 2.7.10 Puerto para micronebulizador, toda vez que cumpla con las características señaladas en el numeral 2.7.9 y a las características propias de un nebulizador ultrasónico el cual genera un flujo de aerosol continuo con partículas de aproximadamente ≤ 5µm. Por lo tanto el licitante deberá comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y la documentación presentada, sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.	DEM
218	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	25	5755	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las arritmias, por lo que solicitamos de la manera más atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 arritmias ¿Se	Id DEM: 5803, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de	De acuerdo con la respuesta en el entendido que los monitores son los que se conectan al paciente y son los que miden los parámetros, y detectan las alarmas y arritmias y se reflejan en el monitor de la central, y no caso contrario, entendemos que esta será la función a ofertar ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6795, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere que el monitor central tendrá la función de detectar los diferentes tipos de arritmias en relación a los trazos enviados por los monitores de cabecera a esta central	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código adquisitivo Bienes Unidad	Nombre y Razón Social del Postulante	Fecha de Cotización	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REVISIÓN	RESPUESTA/REVISIÓN	Fecha de Cierre
219	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	27	4056	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO CON CAPACIDAD DE HASTA CUATRO PRESIONES INVASIVAS. ¿SE ACEPTA?	todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles., 2.2.9 Detección de al menos 10 arritmias., establecido en la presente cédula de descripción del artículo. No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.19 de la partida 7.		Id DEM: 6796, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
220	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	28	4057	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO QUE INCLUYA GASTO CARDÍACO, TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.20 de la partida 7.		Id DEM: 6797, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
221	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	26	5761	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento,	No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción		Id DEM: 6798, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere el despliegue	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de la oferta	Nombre y Razón Social del Licitador	Fecha de Búsqueda de Ofertas	PREGUNTA	RESPUESTA	RECEPCIÓN	RECEPCIÓN	RECEPCIÓN
222	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	16	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. Debido al alto nivel de tecnología requerido y para permitir el crecimiento del equipo conforme crezcan las necesidades de cada unidad médica, así como con los avances médicos y tecnológicos, entendemos que se deberá ofertar cuando menos crecimiento a futuro de transductor transoráculo 4D ¿Es correcto?	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. Debido al alto nivel de tecnología requerido y para permitir el crecimiento del equipo conforme crezcan las necesidades de cada unidad médica, así como con los avances médicos y tecnológicos, entendemos que se deberá ofertar cuando menos crecimiento a futuro de transductor transoráculo 4D ¿Es correcto?	de los valores de paciente de manera continua en el tiempo solicitado (de al menos 72 horas). ¿Es esto correcto? En caso de no ser correcto solicitamos a la convocante nos aclare el término.	completo o continuo de las curvas monitorizadas en pantalla de al menos un periodo de 72 horas esto para el numeral 2.2.8 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
223	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	20	Entendemos que se debe ofertar el programa para vectocardiografía y no así apnea y análisis de frecuencia respiratoria; ya que el holter tiene el objetivo de realizar estudios de monitorización cardíaca y no así respiratorios. Además, el diagnóstico de eventos respiratorios se realiza a través de estudios complementarios. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5979, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1.10 Programa para	Toda vez que el equipo solicitado es un ECGCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL, respuesta otorgada no será obligatoria para los demás licitantes. ¿Se acepta?	Id DEM: 6799, Respuesta: Es correcta su apreciación, no será obligatoria para los demás licitantes comprobar lo solicitado en el numeral 2.17 Capacidad de escalamiento de hardware y software a través de ofertar y comprobar cuando menos a crecimiento a futuro de transductor transoráculo 4D. Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con la capacidad de escalamiento enunciada a través de programas aplicados a imágenes 3D o 4D.	DEM
224	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	29	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y CON LA INTENSION DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSION DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA CAPNOGRAFIA, TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.21 de la partida 7. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.21.1 En al menos un canal., establecido en la	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MODULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INDIVIDUALES (ETCO2, FEG, Y BIS) DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA	Id DEM: 6801, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se requiere que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de oferta	Nombre y Razón Social del Proveedor	Fecha de recepción de la oferta	ID DEM	PREGUNTA	RESUESTA	REQUERIMIENTO	RESUESTA A REQUERIMIENTO	Fecha de recepción de la oferta
225	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	20	5798	DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	presente cédula de descripción del artículo.	DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARÁMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
226	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	19	5795	El Índice Biespectral es un nombre con el cual se conoce a una marca para la función de medir la profundidad anestésica en el paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante, poder ofertar el módulo para dicha función de acuerdo a las siglas y nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	La tecnología de nuestro fabricante se conoce como CSI y realiza la misma función de monitoreo de la profundidad anestésica del paciente, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante ofertar de acuerdo al nombre de nuestro fabricante ¿Se acepta?	Id DEM: 6802, Respuesta: Se acepta ofertar módulo para Índice Biespectral con el nombre del fabricante como: "CSI" (indicar marca y modelo y/o número de parte), como opción para el punto 2.3.23 Un módulo para Índice Biespectral. (indicar marca y modelo y/o número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
227	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	30	4061	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar las etiquetas de presiones de acuerdo a la nomenclatura de nuestro fabricante, siempre y cuando se oferten las 5 etiquetas mínimo solicitadas como lo son presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, etc. ¿Se acepta?	No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	Las etiquetas de nuestro fabricante son ART, LVP, PAP, RVP, CVP, LAP, RAP y solicitamos poder ofertar de acuerdo a estas nomenclaturas, las cuales hacen referencia a cada una de las presiones, mismas que se describen en catálogos y manuales ¿Se aceptan?	Id DEM: 6803, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar Las etiquetas de su fabricante que son ART, LVP, PAP, RVP, CVP, LAP, RAP nomenclatura que documentara la correspondencia en catálogos y manuales a cada una de las etiquetas solicitadas en el numeral 2.3.19.3 Función de etiquetado de las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, arterio pulmonar, intracraneal, presión generica definida por el usuario, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
227	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	30	4061	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	EN VIRTUD DEL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN DEBE A SUS BENEFICIARIOS CREEMOS QUE TODA MEJORA QUE NO AUMENTE LOS COSTOS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO CONTINENTE A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUERIERAN SE DEBE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS	Id DEM: 6804, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar ALMACENAMIENTO DE 80 DIAS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARÁMETROS y Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario, como opción para el punto 2.12, sin ser obligatorio para los	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre y Razón Social del Participante	Fecha de Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REVISIÓN PARA SU EVALUACIÓN DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	RESPUESTA REVISIÓN	Comentarios
228	IMÁGENES Y MEDICINA S.A. DE C.V.	1	3713	LOS PARÁMETROS PARA SU EVALUACIÓN CLÍNICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA? B) ANEXO NO. 1.6 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.1 EXPERIENCIA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS AÑOS DE LOS CONTRATOS PARA CREDITAR EXPERIENCIA EN EL CAMPO. ASI MISMO, SE SOLICITA QUE LOS CONTRATOS DE UN MISMO AÑO SEAN CONSIDERADOS YA QUE ESTO DEMUESTRA MAYOR EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	No es correcta su apreciación y no se acepta su solicitud de ampliación del número mínimo y máximo y el periodo de los años que acrediten los contratos y/o pedidos requeridos que se encuentran debidamente señalados en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa de la Convocatoria que nos ocupa, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, lo cual permite una libre participación de la proveeduría existente. Asimismo no se acepta su solicitud de considerar contratos/pedidos de un mismo año para el subrubro 2.1 Experiencia. Conforme lo señalado en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa para el subrubro 2.1 Experiencia, se aclara que los contratos y/o pedidos de un mismo año no acumulan experiencia, por lo que en caso de presentar 2 contratos de un mismo año, sólo se contabilizará para este subrubro, un sólo año. De igual forma si	PARAMETROS PARA SU EVALUACIÓN DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA? SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA TODA VEZ QUE PARA REALIZAR UNA EVALUACION OBJETIVA A LOS LICITANTES LA CANTIDAD DE CONTRATOS POR AÑO EN UN MAYOR NUMERO DE TIEMPO ES LA MEJOR FORMA DE CUBRIR Y/O DEMOSTRAR LAS CAPACIDADES DE LICITANTE EN LO QUE CORRESPONDE A EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD.	demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Código Rubro Razon Rubro Licitación	Nombre o Razon Social del Licitante	Fecha de Recepción de la Oferta	ID de la Oferta	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	REGUESTA REQUERIDA	Fecha de Recepción de la Oferta
229	DISTRIBUCIONE S ANRO, SA DE CV.	1	3489	PAGINA COMPRANET DENTRO DE LOS PARAMETROS PUNTO 1.1.- 4.1 PROPOSICION TECNICA EN EL PUNTO 1.1.3 SOLICITAN ANEXO No. 1.6 ADJUNTANDO LA INFORMACION QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS RUBROS, SOLICITAMOS QUE EN ESTE PUNTO SE NOS PERMITA AGREGAR UN ESCRITO DONDE MANIFESTEMOS QUE DICHA INFORMACION SE AGREGA EN EL PARAMETRO 1.3.- 4.1.4 DOCUMENTACION RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES, ESTO PARA NO DUPLICAR LA INFORMACION ADEMAS QUE POR EL TAMAÑO DEL ARCHIVO COMPLETO SERÁ IMPOSIBLE QUE SE PUEDA SUBIR EN UN SOLO PARAMETRO TODA LA INFORMACION. SE ACEPTA?	presenta contratos plurianuales en los que se repite el año de otro de los contratos y/o pedidos presentados. Y Solo se contabilizarán los años de los contratos y/o pedidos que hayan sido considerados en el subrubro de Especialidad. Id DEM: 3489, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta como opción que en el parámetro habilitado en Compranet por el área Convocatoria, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad incluir los mismos contratos y/o pedidos debidamente referenciados para cada partida a ofertar, para el cumplimiento de los rubros de Experiencia y Especialidad y siempre que identifique claramente en el Anexo 1.6 las partidas que amparan los citados documentos. Asimismo, se aclara que la Convocante ha habilitado una sección específica en el sistema Compranet denominada "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES", a fin de que envíe la información relativa a Puntos y Porcentajes, solicitada en el Anexo No. 1.6 de la	LO QUE MI REPRESENTADA ESTA SOLICITANDO ES QUE DICHA INFORMACION DE ANEXO 1.6 SE ADJUNTE UNA SOLA VEZ EN LA PLATAFORMA COMPRANET, YA QUE EL 1.1.3 QUE DICE: * Anexo No. 1.6 debidamente requerido, adjuntando la información que acredite el cumplimiento de los rubros de Puntos o Porcentajes, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1.1 "Evaluación Técnica" inciso b) Y EN EL PARAMETRO 1.3: 1.3 4.1.4 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS O PORCENTAJES - Sección de Parámetro Número Descripción breve Valor de Fila 1.3.1 20 * ANEXO No. 1.6 (DEBIDAMENTE para REQUISITADO) archivo 1.3.2 21 * CAPACIDAD DEL LICITANTE para archivo 1.3.3 22 * EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE para archivo 1.3.4 23 * CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS para archivo	Id DEM: 6806, Respuesta: No se acepta su solicitud de adjuntar la INFORMACION DEL ANEXO 1.6 UNA SOLA VEZ EN LA PLATAFORMA COMPRANET. Se aclara que en el parámetro 1.3 4.1.4 de Compranet, solo deberá subir y presentar el Anexo 1.6 "Criterios de Evaluación Técnico Administrativa" debidamente requerido. En los parámetros que se habilitarán en Compranet 20 Anexo 1.6 , 21 "Capacidad del Licitante", 22 "Experiencia y Especialidad" y 23 para "Cumplimiento de Contratos" deberá incluir o subir la documentación correspondiente relativa a Puntos y Porcentajes de dichos Rubros y subrubros.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Registro Único	Nombre o Razón Social del Licitante	Edad	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPERGUNTA	RESPUESTA/REPERGUNTA	Asesora jurídica
230	IMÁGENES Y MEDICINA S.A. DE C.V.	2	3714	B) ANEXO NO. 1.6 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 2.2. ESPECIALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS AÑOS DE LOS CONTRATOS PARA CREDITAR ESPECIALIDAD EN EL CAMPO. ASI MISMO, SE SOLICITA QUE LOS CONTRATOS DE UN MISMO AÑO SEAN CONSIDERADOS YA QUE ESTO DEMUESTRA MAYOR ESPECIALIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN LA EVALUACION. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Convocatoria. No se acepta su solicitud de ampliación del periodo de los años que acrediten los contratos y/o pedidos requeridos que se encuentran debidamente señalados en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa de la Convocatoria que nos ocupa, para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad, lo cual permite una libre participación de la proveeduría existente. Se acepta como opción, presentar contratos de un mismo año para acreditar lo solicitado en el subrubro 2.2 Especialidad, siempre que los bienes de los contratos y/o pedidos sean de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación y correspondan al periodo	Y/O PEDIDOS para archivo DEBIDO AL TAMAÑO DEL ARCHIVO LO QUE SOLICITAMOS ES QUE SE NOS ACEPTE SUBIR LA INFORMACION UNICAMENTE EN LA SECCIÓN ESPECIFICA EN EL SISTEMA COMPRANET DENOMINADA "1.3 4.1.5 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PUNTOS Y PORCENTAJES".	adjuntar para archivo Id DEM: 6807, Respuesta: Se reitera que no se acepta su solicitud en virtud de que en momento alguno se limita la libre participación, toda vez que lo requerido por la Convocante dentro de la documentación solicitada para acreditar el cumplimiento del Rubro el 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos definidos en el Anexo No. 1.6 de la presente convocatoria permite la presentación de diversas opciones para el cumplimiento de este Rubro, conforme a los Lineamientos señalados por el licitante, contemplando los diferentes supuestos en los que se pueden ubicar los licitantes sea con Dependencias y/o Instituciones Públicas o Privadas.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Código Código Código	Nombre y Razón Social del Postulante	Represen- tante del Postulante	ID Código	PREGUNTA	RESPUESTA	PRESELECCIÓN	RESPUESTA A PRESELECCIÓN	Observaciones
231	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	21	5771	La tecnología de nuestra central refleja las alarmas de los monitores, inclusive de las arritmias, por lo que solicitamos de la manera más atenta poder referenciar este punto mediante el despliegue de las alarmas del monitor en la central siempre y cuando se cumpla con las 10 arritmias ¿Se acepta?	de años establecido para tal efecto. Id DEM: 5803, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2.4 Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizadas en tres niveles., 2.2.9 Detección de al menos 10 arritmias, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	De acuerdo con la respuesta en el entendido que los monitores son los que se conectan al paciente y son los que miden los parámetros, y detectan las alarmas y arritmias y se reflejan en el monitor de la central, y no caso contrario, entendemos que esta será la función a ofertar ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6808, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere que el monitor central tendrá la función de detectar diez diferentes tipos de arritmias en relación a los trazos enviados por los monitores de cabecera a esta central	DEM
232	IMÁGENES Y MEDICINA S.A. DE C.V.	3	4135	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES Y TODA VEZ QUE EL REQUERIR "DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRANSPULMONAR O PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN TRAQUEAL O EDI" CORRESPONDE A UNA CARACTERÍSTICA DE LA VENTILACIÓN NAVA (VENTILACIÓN NEURONAL) DE UNA MARCA ESPECÍFICA EN EL MERCADO, Y AUNADO AL HECHODE QUE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y USO DE ESTA CARACTERÍSTICA SE REQUIERE DE UN SENSOR ESOFAGICOQUE LA CONVOCANTE NO SOLICITA EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO (POR LO QUE DICHA CARACTERÍSTICA QUEDARÍA EN DESUSO). POR ELLO, ADEMÁS DE NO SER UN BENEFICIO DECISIVO PARA EL PACIENTE, ESTE, INCREMENTA EL PRECIO DEL EQUIPO. POR ESTE MOTIVO, ¿SE PUEDE OFERTAR EL PUNTO DE REFERENCIA -COMO "OPCIONAL" SIN QUE ESTO SEA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.5.21 DE DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN DE TRANSPULMONAR O PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN TRAQUEAL O EDI, ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.	SE SOLICITA PARA PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA INTEGRADA AL VENTILADOR QUE BRINDE ASISTENCIA AL PACIENTE NO SOLO EN CONDICIONES CONTROLADAS SINO TAMBIÉN EN CONDICIONES DE ESFUERZO DEL PACIENTE O ALGUNA EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE EL SISTEMA WACHDOG Y BARRA DE TRABAJO MANDATORIO O ESPONTÁNEO QUE PERMITE AJUSTAR LA SINCRONÍA Y AJUSTE AL PACIENTE EN CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS DE PACIENTES Y ADICIONAL MUESTRE DE MANERA CONTINUA LA BARRA DE TRABAJO RESPIRATORIO DEL PACIENTE Y TRABAJO TOTAL CON INDICADORES DE LOS COMPONENTES ELÁSTICOS Y RESISTIVOS PARA QUE EL MÉDICO CUENTE CON MAYOR INFORMACIÓN CLÍNICA DURANTE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE, COMO OPCIÓN PARA EL PUNTO 2.5.21. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6809, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere que se oferte un equipo que cumpla con lo solicitado en el numeral 2.5.21 Despliegue de curvas de presión transpulmonar o presión esofágica o presión traqueal o Ed de la "Partida 44 - Ventilador adulto-pediátrico neonatal". Se acepta que el licitante oferte equipo que brinde asistencia al paciente no solo en condiciones controladas sino también en condiciones de esfuerzo del paciente o alguna eventualidad que se presente, el sistema wachdog y barra de trabajo mandatorio o espontáneo que permita ajustar la sincronía y ajuste al paciente en cualquiera de las categorías de pacientes y adicional muestre de manera continua la barra de trabajo respiratorio del paciente y trabajo total con indicadores de los componentes elásticos y resistivos para que el médico cuente con mayor información clínica durante la respiración del paciente, toda vez que se demuestre que el equipo a ofertar cuenta despliegue las curvas	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-ES-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de Catálogo	Nombre y Razón Social del Licitante	Edad del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	DEPREGUNTA	DESPUESTA/RESPUESTA	Valor de la oferta
233	Impulso Mexicano, S.A. de C.V.	1	5611	MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN? Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar equipo con disparador alámbrico ya que no merece el funcionamiento del equipo.	Id DEM: 5611, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria	Debido a que la tecnología con control inalámbrico pertenece solo a un par de fabricantes y basándonos en que no existen estudios que certifiquen la eficacia de esta tecnología sobre la alámbrica, solicitamos atentamente a la convocante se permita ofertar un control alámbrico para disparo con la finalidad de no limitar la libre participación. ¿Se acepta?	solicitadas ya que la característica que el licitante refiere en la re pregunta, no clarifica si el equipo a ofertar puede realizar la función solicitada. Para demostrar la característica solicitada podrá hacer uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y la documentación presentada	DEM
234	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	22	5777	Entendemos que este punto se refiere a que además de poder revisar en las tendencias la curva del comportamiento numérico del parámetro, deberemos de poder revisar la curva monitorizada del paciente por al menos 72 horas previas al momento de la visualización ¿Es esto correcto?	No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas., establecido en la presente convocatoria/ cédula de descripción del artículo.	Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refieren con función "full disclosure", ya en nuestro entendido es la visualización de la curva de los valores de paciente de manera continua en el tiempo solicitado (de al menos 72 horas). ¿Es esto correcto? En caso de no ser correcto solicitamos a la convocante nos aclare el término.	Id DEM: 6811, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere el despliegue completo o continuo de las curvas monitorizadas en pantalla de al menos un periodo de 72 horas esto para el numeral 2.2.8 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
235	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	17	4403	Numeral 2.17 Dice: Capacidad de escalamiento de hardware y software. En México las valvulopatías siguen siendo un problema importante de salud pública siendo la valvulopatía mitral la principal causa. Uno de los estudios que ha tomado relevancia es el Ecocardiograma, que en la	Id DEM: 4403, Respuesta: Es correcta su apreciación.	Toda vez que el equipo solicitado es un ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL, solicitamos a la convocante nos ratifique que la respuesta otorgada no será obligatoria para los demás licitantes. ¿Se acepta?	Id DEM: 6812, Respuesta: Es correcta su apreciación, no será obligatoria para los demás licitantes comprobar lo solicitado en el numeral 2.17 Capacidad de escalamiento de hardware y software a través de ofertar y comprobar cuando menos a crecimiento a futuro de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código Número Ítem	Nombre y Razón Social del Licitante	Id DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA/REQUERIMIENTO	Asesor Técnico	
236	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	21	5544	actualidad se considera como uno de los métodos más importantes para evaluar la estructura y la función de la válvula mitral", por lo que entendemos que se deberá ofertar como mínimo equipo con transductor transesofágico 4D y software de cuantificación automática de la válvula mitral y aórtica en 4D o volumétrico ¿Es correcto? http://www.cenetec.salud.gob.mx/descarga/sigpc/CatalogoMaestro/235_GPC_VALVULA_MITRAL/Valvula_mitral_evr	Id DEM: 5544, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.32.1. Lineal con el rango de 7 MHz o menor a 18 MHz o mayor para estudios vasculares, músculo esquelético con frecuencias armónicas para realizar elastografía. (Incluir número de parte o modelo), establecido en la presente convocatoria.	Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta y aceptar ofertar un rango de 5 a 15 MHz, para no limitar la libre competencia, ¿se acepta?	Id DEM: 6813, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.32.1. Lineal con el rango de 7 MHz o menor a 18 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas para realizar elastografía. (Incluir número de parte o modelo), establecido en la presente convocatoria.	DEM
237	COMERLAT, S.A. DE C.V	2	5185	DICE: Control remoto inalámbrico PREGUNTA: Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar control remoto inalámbrico, esto debido a que la tecnología inalámbrica representa un mayor costo para el Instituto además de que el hecho de que sea tecnología inalámbrica facilita el robo o extravío de este accesorio lo cual puede representar un daño a las finanzas del Instituto. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5185, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15. Control remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.	En caso de no aceptar nuestra propuesta a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante nos proporcione la justificación técnica y clínica por la cual está requiriendo esta especificación sobre la opción que ofertamos. Favor de aclarar	Id DEM: 6814, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, solicitada en el numeral 2.15. Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria	DEM
238	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1	6270	Debemos entender que la convocante requiere de un equipo controlado electrónicamente con pantalla de al menos	Id DEM: 6270, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR NUESTRA PARTICIPACIÓN, PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO	Id DEM: 6815, Respuesta: Se acepta ofertar pantalla de alta tecnología WXGA de 13.3 pulgadas, con una	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consejo criterio apropiada una	Nombre y Razón Social del Licitante	Rubro para clasificar los licitantes	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA/REFERENCIA	Asesor técnico
239	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	9	4408	12" a color que pueda ser operado de diferentes maneras: a través de la pantalla táctil integrada, el botón pulsador/giratorio, las teclas funcionales o bien una combinación de estos elementos. ¿Es esto correcto?	por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.2 Pantalla, 2.2.1 Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED, 2.2.2 Tamaño de 12" o mayor.	PANTALLA DE ALTA TECNOLOGÍA WXGA DE 13.3 PULGADAS, CON UNA RESOLUCIÓN DE 1280X800. ¿SE ACEPTA?	resolución de 1280X800, como opción para los numerales 2.2 Pantalla, 2.2.1 Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED, y 2.2.2 Tamaño de 12" o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
240	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	11	6025	NUMERAL 2.16 Dice: Teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrado al tablero de control con interface en español. Entendemos que teclado, pantalla touch y panel de control deberán ser con interface en español ¿Es correcto?	Id DEM: 4408, Respuesta: Es correcta su apreciación.	DEBIDO A QUE ES DIFÍCIL REFERENCIAR EN CATALOGOS COMO ESTA COMPAÑIA SEGURAMENTE ASI LO TIENE, ADEMÁS QUE LA COMPAÑIA SIEMENS ESTUVO DE ACUERDO CON ESTA CEDULA Y SERIA UN PLUS DE SU EQUIPO, ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA/CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO, ESTA, RESPUESTA SOLO APLICA ESTA COMPAÑIA Y NO SE MODIFICA EL PUNTO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6816, Respuesta: No es correcta su apreciación, en virtud de que el licitante Siemens no solicita aspecto alguno relativo a referenciación de su propuesta. Lo requerido por la Convocante en el Numeral 2.16: Teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrado al tablero de control con interface en español. Situación que debiera ser considerada por todos los licitantes participantes.	DEM
240	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	11	6025	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA QUE LA ROTACIÓN SOLICITADA SEA DE +300° Y -300° LO QUE BRINDA MAYOR ACCESIBILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PACIENTES, ASI COMO MAYOR COMODIDAD DURANTE LA TOMA DEL EXAMEN. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6025, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con rotación del tubo o soporte del tubo de +300° y -300°, como opción para el punto 2.2.5., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	En base a la consulta realizada por la empresa RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V., y en la cual en la columna Numeral específico hace referencia a los numerales: 1.1., 2.2.2, 2.2.5, consideramos que hubo omisión en los puntos aclarados, por lo que consideramos oportuno solicitar aclaración sobre el numeral 2.2.2. Amablemente deseamos mencionar que por características de diseño de los tubos de Rayos X, el punto focal grueso se utiliza para exposiciones radiográficas de alta potencia y el foco fino para exposiciones radiográficas de baja potencia. La selección entre foco fino o grueso no es discrecional para el usuario sino que dependerá de la potencia radiográfica demandada al equipo. Adicionalmente es de conocimiento general que el tamaño del punto focal incide en la calidad de imagen obtenida y	Id DEM: 6817, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.2. Dos puntos focales de 1.5 mm o menor y de 0.8 mm o menor, establecido en la presente convocatoria.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Registro Código	Número o Razón Social del Licitante	Folio Página del Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPRESENTA	Aprobación Aprobación
241	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL, S.A DE C.V	3	4747	2.2 Especialidad del licitante. Dice "y/o a los volúmenes o condiciones similares". Pregunta: Se le solicita atentamente a la convocante, defina en el punto anterior que podrá aceptar como "volúmenes y condiciones similares". Favor de aclarar.	Id DEM: 4747, Respuesta: Se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación. Si requiere conocer una respuesta sobre un caso en particular de la documentación con la que cuenta el licitante, se le exhorta a ejercer su derecho de preguntar y plantear su pregunta específica.	Solicitemos a la convocante nos aclare que si mi representada para acreditar este rubro presenta un contrato de Equipo Médicos que no es RX móvil, pero es de Imagenología (área Médica) y es similar en volumen. Si será contabilizado para la evaluación correspondiente. ¿Es correcto?	Id DEM: 6818, Respuesta: Se acepta como opción para acreditar la documentación solicitada en el rubro 2. Experiencia y Especialidad, presentar contratos o pedidos donde la descripción de los bienes que amparen dichos instrumentos legales, señale equipo de rayo x móvil para la partida 42 Unidad radiológica portátil. Lo anterior no es aplicable para el resto de las partidas en razón de que los licitantes deberán acreditar haber suministrado bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en esas otras partidas.	DEM
242	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	10	4410	Numeral 2.30 Dice: Elastografía cuantitativa por compresión acústica u ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para	Id DEM: 4410, Respuesta: Se acepta ofertar elastografía cuantitativa por compresión acústica u ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para	DEBIDO A QUE ES DIFÍCIL REFERENCIAR EN CATALOGOS COMO ESTA COMPAÑIA SEGURAMENTE ASI LO TIENE, ADEMAS QUE LA COMPAÑIA SIEMENS ESTUVO DE	Id DEM: 6819, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar elastografía cuantitativa por compresión acústica u ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Como Código Bienes Nómina	Nombre y Razón Social del Proveedor	Fecha último cambio de datos	ID DEM	PRECANTIA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Asesor Técnico
243	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	18	4405	aplicaciones de mama y abdomen con medición de m/s y/o KPa. Para garantizar resultados clínicos confiables, específicamente en el diagnóstico de fibrosis hepática, recomendamos ampliamente a la convocante considere requerir que en el reporte de resultados del ultrasonido se calcule y despliegue la relación inter-cuartil (RIC) la cual proporciona al usuario un índice de validación clínica (ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para aplicaciones de mama y abdomen con medición de m/s y/o KPa con reporte de resultados del ultrasonido calcule y despliegue la relación inter-cuartil (RIC) la cual proporciona al usuario un índice de validación clínica (Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con Elastografía cuantitativa por compresión acústica u ondas de corte (Shear wave), compatible con transductores convexos y lineales para aplicaciones de mama y abdomen con medición de m/s y/o KPa.	ACUERDO CON ESTA CEDULA Y SERIA UN PLUS DE SU EQUIPO, ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA/CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO, ESTA, RESPUESTA SOLO APLICA ESTA COMPAÑIA Y NO SE MODIFICA EL PUNTO, ¿ES CORRECTO?	compatible con transductores convexos y lineales para aplicaciones de mama y abdomen con medición de m/s y/o KPa. Id DEM: 6820, Respuesta: Se acepta, no será obligatoria para los demás licitantes comprobar lo solicitado en el numeral 2.20 Con capacidad de crecimiento a programa de Stress Echo integrado con controles de ganancia y profundidad para múltiples vistas con protocolos para pruebas de esfuerzo y farmacológicos, requerir dicha funcionalidad (programa de Stress Echo en 2D) como mandatoria. Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con la capacidad de crecimiento A programa de Stress Echo integrado con controles de ganancia y profundidad para múltiples vistas con protocolos para pruebas de esfuerzo y farmacológicos	DEM
244	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	19	5420	Se pide a la convocante nos permita referenciar la interfase de ethernet expresando la velocidad de conexión en Gb, considerando que es una tecnología superior al 1Mb equivalente de 100/1000. ¿Se acepta?	Id DEM: 5420, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10. Interfase de red Ethernet 100 /1000 base T, establecido en la presente convocatoria.	En el entendido que 1000Mb es igual a 1GB y lo solicitado por la convocante es una interfase ethernet 100/1000 base T, lo cual matemáticamente es equivalente, solicitamos se permita referenciar en valores de GB.	Id DEM: 6821, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con Interfase de Ethernet 100 /1000 o 1000MB o 1GB base T, como opción para el punto 2.10, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
245	GE Sistemas Médicos de	20	5417	Considerando que el tamaño de nuestro detector es de 24 x 29 cm (mayor al de 23	Id DEM: 5417, Respuesta: No se acepta su solicitud.	En el entendido que el detector que estamos ofertando es de 24x29cm, así como el valor DQE	Id DEM: 6822, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código catálogo registro único	Nombre y Razón Social del licitante	Resolución del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Respuesta licitante
246	México S.A. de C.V.	21	5433	x 26 cm solicitado), la distribución de nuestra matriz es de 2394 x 2850 dado el arreglo geométrico requerido para este tamaño (y manteniendo el tamaño óptimo de pixel de 100um), se solicita ampliar la descripción de este punto (que especifica matriz de 2300 x 3000). Lo anterior debido a que obedece físicamente a un arreglo más grande que el solicitado, con una distribución acorde a la geometría del detector y al campo visual ideal para el examen. para cumplir con una matriz equivalente de acuerdo al arreglo geométrico del detector, asegurando que esta modificación no afecta la calidad de la imagen respecto a lo que requiere la Convocante, pues el tamaño mínimo de pixel se mantiene, sólo se trata de un acomodo espacial diferente. ¿Se acepta?	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.8.3. Matriz de 2,300 x 3,000 píxeles o mayor, establecido en la presente convocatoria.	de 70% a 0.5 LP/MM y 64% A2LP/MM, estos valores en conjunto permiten una mayor calidad de imagen y menor dosis de radiación al paciente, siendo estas características superiores a lo requerido, lo cual se traduce en ahorro de tiempo para el médico radiólogo y es óptimo para identificar microcalcificaciones. Solicitamos de la manera más atenta, que se nos permita ofertar un equipo con matriz 2394 x 2850 píxeles, sabiendo que el acomodo del pixel NO afecta en la calidad de imagen ni compromete la detección clínica ¿Se acepta?	descripción solicitada en el numeral 2.8.3. Matriz de 2,300 x 3,000 píxeles o mayor, establecido en la presente convocatoria.	DEM	
247	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	2	5878	Entendemos que, para dar cumplimiento a este punto, el equipo a ofertar debe contar despliegue en una pantalla externa el trazo de ECG, el estado de la batería, capacidad de la memoria y el estado de conexión de las derivaciones. Esto con el fin de tener un equipo más portátil y con protección en caso de caídas. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 5433, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.2 Pantalla de despliegue de ECG y verificación de al menos 3 canales., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Entendemos que, para dar cumplimiento a este punto, la pantalla de despliegue de ECG y verificación de los 3 canales, debe ser en la misma computadora que se solicita en el Punto 2.2 Plataforma de cómputo (incluir marca y modelo) que soporte el software (indicar versión) según proveedor. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 6823, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere Pantalla de despliegue de ECG y verificación de al menos 3 canales., para el numeral 2.1.2 en la presente cédula de descripción del artículo. Numeral que corresponde a las grabadoras solicitadas en el numeral 2.1. y que es independiente al numeral 2.2 de la presente convocatoria.	DEM	
	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	2	5878	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones nuestra tecnología provee un sistema neumático con turbina interna que suministra aire del entorno al paciente que es filtrado por un filtro antipolvos y antipolen en la entrada, ¿Se acepta?	Id DEM: 5878, Respuesta: Se acepta ofertar tecnología provee un sistema neumático con turbina interna que suministra aire del entorno al paciente que es filtrado por un filtro antipolvos y antipolen en la entrada, como opción para el numeral 2.7.7.1 Aire., sin ser obligatorio para los	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UNA MEJORA TECNOLÓGICA. YA QUE NUESTRO EQUIPO ASPIRA AIRE AMBIENTAL A TRAVEZ DE UNA ENTRADA DE AIRE FRESCO Y SE COMPRIME MEDIANTE UNA TURBINA, NO ES NECESARIO SUMINISTRAR AIRE DESDE UNA TOMA MURAL. POR LO TANTO, TAMPOCO ES NECESARIO OFERTAR UNA MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AIRE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6824, Respuesta: Se acepta ofertar equipo que aspira aire ambiental a través de una entrada de aire fresco y se comprime mediante una turbina, no es necesario suministrar aire desde una toma mural, por lo tanto, tampoco es necesario ofertar una manguera para suministrar de aire, como opción para el numeral 2.7.7.1 Aire, acorde al numeral 2.7.7 Suministro de gases desde toma mural, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de Licitación	Nombre y Apellido del Proponente	Fecha de Presentación de la Propuesta	Id DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRODUCIBLE	RESPUESTA REPRODUCIBLE	Asesor Jurídico
248	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	22	5460	Con el fin de presentar de forma conjunta la información clínica del paciente, debemos entender que el despliegue numérico deberá presentarse en la misma pantalla del ventilador, ¿Es esto correcto?	demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 5460, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.5.6 Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales; establecido en la presente convocatoria. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.6 establecido en la presente convocatoria.	La tecnología a ofertar, permite el despliegue de los puntos 2.7.9.2.2, 2.7.9.8, y sus subnumerales en la pantalla del ventilador de la máquina de anestesia, de acuerdo a lo especificado en el punto 2.5.6, por lo que solicitamos a la convocante nos permite ofertar el despliegue de al menos seis curvas en la pantalla del monitor de signos vitales considerando dos curvas de ECG, una de pleisimografía, una de respiración, y dos canales de presión invasiva. ¿Se acepta?	Id DEM: 6825, Respuesta: Se acepta ofertar despliegue de al menos seis curvas en la pantalla del monitor de signos vitales considerando dos curvas de ECG, una de pleisimografía, una de respiración, y dos canales de presión invasiva, como opción para el punto 2.5.6 Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
249	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	3	6051	Se solicita a la convocante de la manera más atenta que con fines de referenciación y para no limitar la libre participación, permita ofertar sensibilidad espiratoria como terminación de la fase inspiratoria (ciclo de flujo), ya que se trata de las mismas función. ¿Se acepta?	Id DEM: 6051, Respuesta: Se acepta ofertar sensibilidad espiratoria como terminación de la fase inspiratoria (ciclo de flujo), como opción para el punto 2.3.11 Sensibilidad espiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de e	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON DISPARO DE LA ESPIRACIÓN, QUE SE REFIERE A UN VALOR LIMITE PARA CONMUTAR A ESPIRACIÓN EN UN PORCENTAJE DE FLUJO DE INSPIRACIÓN MÁXIMO. ¿SE ACEPTA??	Id DEM: 6826, Respuesta: Se acepta ofertar y referenciar disparo de la espiración, que se refiere a un valor límite para conmutar a espiración en un porcentaje de flujo de inspiración máximo, como opción para el punto 2.3.11 Sensibilidad espiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
250	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	4	5187	PREGUNTA: Debemos entender por este punto que la convocante solicita que el equipo a ofertar debe contar con suministro de gases de aire y oxígeno de toma mural y de acuerdo con que hay tecnologías que solo utilizan una toma de oxígeno y ahorran la toma de aire que luego el personal médico lo usa para el aspirado de secreciones. Se puede ofertar auto suministro de aire a través de toma mural o turbina. ¿Es correcto?	Id DEM: 5187, Respuesta: Se acepta ofertar equipo que cuente con auto suministro de aire a través de toma mural o turbina, como opción para los numerales 2.7 Características generales, 2.7.10 Suministro de gases desde toma mural, 2.7.10.1 Aire, sin ser obligatorio para los demás	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UNA MEJORA TECNOLÓGICA. YA QUE NUESTRO EQUIPO ASPIRA AIRE AMBIENTAL A TRAVEZ DE UNA ENTRADA DE AIRE FRESCO Y SE COMPRIME MEDIANTE UNA TURBINA, NO ES NECESARIO SUMINISTRAR AIRE DESDE UNA TOMA MURAL. POR LO TANTO, TAMPOCO ES NECESARIO OFERTAR UNA MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AIRE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6827, Respuesta: Se acepta ofertar equipo que aspire aire ambiental a través de una entrada de aire fresco y se comprime mediante una turbina, no es necesario suministrar aire desde una toma mural, por lo tanto, tampoco es necesario ofertar una manguera para suministro de aire, como opción para el numeral 2.7.7.1 Aire, acorde al numeral 2.7.7 Suministro de gases desde toma mural, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Código Categoría Código del Ítem	Nombre o Razón Social del Licitante	Fecha de Cierre de Licitación	ID DUE	PREGUNTA	RESUESTA	RESPUESTA	RESUESTA	Atención por parte
251	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	23		N/A	licitantes hacerlo de esta manera. N/A	Debido a la gran cantidad de preguntas y al poco tiempo otorgado por la convocante, solicitamos se realice una nueva ronda de repreguntas. ¿Se acepta?	Id DEM: 6828, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que la Convocante no tiene considerada la realización de ulteriores juntas de aclaraciones con motivo del plazo considerado para la entrega de los bienes.	DEM
252	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	22	5721	Con la finalidad de incrementar la diferenciación de tejidos en estudios superficiales, de elastografía de mama y de elastografía hepática, se entiende que el rango dinámico a ofertarse deberá de ser de 320 dB o mayor, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5721, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 320 dB o mayor, como opción para el punto 2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Se solicita amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta, ya que al aceptar un rango dinámico de 320 dB o mayor de incremento notablemente la calidad de los estudios de elastografía de mama e hígado, ¿se acepta?	Id DEM: 6829, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con rango dinámico del sistema de 320 dB o mayor, como opción para el punto 2.3., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
253	TELECOMUNICA CION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	5	4401	Numeral 2.12 Dice: Programa de cálculo y medición de fracción de eyeción y volumenes de forma automática. El tamaño y la función cardíaca izquierda son importantes factores pronósticos en enfermedades cardíacas. Su medición es la razón más frecuente para enviar pacientes a ecocardiografía. Estas mediciones tienen implicaciones importantes para la terapia pero son sensibles a la habilidad del operador*. Para obtener mediciones precisas y facilitar la realización de esta útil medición al reducir la variación comparada con la planimetría manual y reducir el tiempo de realización*. Entendemos que el programa de cálculo y medición de fracción de eyeción y volumenes, tanto en ventrículo como aurícula izquierda, deberá ser por lo menos con detección automática de los bordes ¿Es correcto? *https://cardiovascularultrasound.biomedce ntral.com/articles/10.1186/1476-7120-6-55	Id DEM: 4401, Respuesta: Es correcta su apreciación.	DEBIDO A QUE ES DIFÍCIL REFERENCIAR EN CATALOGOS COMO ESTA COMPAÑIA SEGURAMENTE ASI LO TIENE, ADEMAS QUE LA COMPAÑIA SIEMENS ESTUVO DE ACUERDO CON ESTA CEDULA Y SERIA UN PLUS DE SU EQUIPO, ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA/CEDEULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO, ESTA, RESPUESTA SOLO APLICA ESTA COMPAÑIA Y NO SE MODIFICA EL PUNTO, ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6830, Respuesta: Es correcta su apreciación, no será obligatoria para los demás licitantes comprobar lo solicitado en el Numeral 2.12 Dice: Programa de cálculo y medición de fracción de eyeción y volumenes de forma automática a través de ofertar y comprobar con el programa de cálculo y medición de fracción de eyeción y volumenes, tanto en ventrículo como aurícula izquierda, deberá ser por lo menos con detección automática de los bordes. Los licitantes deberán ofertar y comprobar que cuentan con el programa de cálculo y medición de fracción de eyeción y volumenes de fama automática.	DEM
254	SERVICIOS DE INGENIERIA EN	1	6058	El tiempo de carga máximo de nuestro equipo es de 5 horas. Sin embargo, la	Id DEM: 6058, Respuesta: No se da respuesta	Solicitamos a la convocante poder ofertar una batería que permita 200 desfibrilaciones a carga	Id DEM: 6831, Respuesta: Si se refiere al numeral 2.1.5.2.3. se acepta ofertar	DEM



Código Código Número	Nombre y Razón Social del Solicitante	Edad Edad del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA A PREGUNTA	Área de Interés
255	MEDICINA S.A DE C.V.	2	6057	capacidad de la batería brinda una autonomía de hasta 10 horas de uso o 200 descargas a 200J, siendo esto bastante superior a lo solicitado por la convocante. Solicitamos amablemente a la convocante permitimos ofertar tiempo de carga máximo de 5 horas mencionando que en un tiempo de 4.5hrs de carga se podrá cumplir con las 50 descargas a 200J o 1.5hrs. de monitoreo continuo que piden en las especificaciones de la licitación ¿Se acepta?	Id DEM: 6057, Respuesta: —Nuestro equipo cuenta con un sistema de autocombprobación que puede ser programado para ejecutarse automáticamente cada 24, 48 o 72hrs., o bien, realizarlo manualmente cuando se desee. Solicitamos a la convocante que con fines de referenciación nos permita ofertar la autocombprobación que comprende las siguientes pruebas: Prueba de funcionamiento del módulo de alta tensión. Prueba de impedancia corporal. Prueba de circuito y algoritmo de ECG. Prueba de precisión energética de descarga (a través de una resistencia interna). Prueba interna de salida de estimulación. Prueba de conexión de electrodos adhesivos/patas. Prueba del ROM del sistema. Prueba del RAM del sistema. Prueba de batería. Comprobación de reloj en tiempo real. Prueba de funcionamiento de módulos instalados. ¿Se acepta?	puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a ofertar.	máxima de 200 Joules o hasta 10 horas de autonomía, ¿Se acepta?	Área de Interés
255	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A DE C.V.	2	6057	capacidad de la batería brinda una autonomía de hasta 10 horas de uso o 200 descargas a 200J, siendo esto bastante superior a lo solicitado por la convocante. Solicitamos amablemente a la convocante permitimos ofertar tiempo de carga máximo de 5 horas mencionando que en un tiempo de 4.5hrs de carga se podrá cumplir con las 50 descargas a 200J o 1.5hrs. de monitoreo continuo que piden en las especificaciones de la licitación ¿Se acepta?	Id DEM: 6057, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.4 Con sistema para probar energía de descarga. Establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto como: "Prueba de descarga interna, prueba la precisión energética de descarga de la energía ajustada respecto a una resistencia de descarga interna." Esto se trata de la misma función requerida para probar la energía de descarga, ¿se acepta?	Id DEM: 6832, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar este punto como: "Prueba de descarga interna, prueba la precisión energética de descarga de la energía ajustada respecto a una resistencia de descarga interna.", demostrando que esta prueba corresponde función requerida para probar la energía de descarga sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
256	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	15	6323	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LA FUNCIÓN DE MONITOREO DE LARGO TÉRMINO SEA UNA OPCIÓN DE CRECIMIENTO FUTURO, SIEMPRE QUE SE DOCUMENTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON DICHA OPCIÓN. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA MAYORÍA DE MARCAS COMERCIALES	Id DEM: 6323, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.2 Programa para monitoreo de EEG de largo término para estudio de epilepsia (localización,	TAL COMO SE MENCIONO EN LA PREGUNTA ORIGINAL, LA FUNCIÓN DE MONITOREO DE EEG DE LARGO TÉRMINO REQUIERE DE UN SOFTWARE ADICIONAL. EN LA MAYORÍA DE MARCAS COMERCIALES QUE SE VENDEN EN MEXICO (NIHON KOHDEN, NICOLET-NATUS, CADWELL, XLTEK) Y DEBIDO AL PRECIO DE REFERENCIA DE TAN SOLO \$350,145.24,	Id DEM: 6833, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se precisa que la convocante requiere Programa para monitoreo de EEG de largo término para estudio de epilepsia (localización, identificación y propagación de descargas epileptiformes), para el numeral 2.1.5.2 en la presente "cédula	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Código Número Unidad	Nombre y Razón Social del Licitante	Reseña Breve del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Respuesta
				ESTO IMPLICA UN SOFTWARE OPCIONAL Y POR ELLO TAMBIÉN SE VE IMPACTADO EN EL COSTO DE LAS PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA EEG DE LARGO TERMINO COMO OPCIONAL?	Identificación y propagación de descargas epileptiformes), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	RESPUESTA RESULTA EN VERDAD DIFÍCIL QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS INCLUYAN ESTA FUNCIÓN, POR ELLO ES QUE SE SOLICITA QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS CUENTEN CON LA OPCIÓN DE CRECIMIENTO A FUTURO PARA LOS ESTUDIOS DE EEG DE LARGO TERMINO. ¿SE ACEPTA? El rango de valores mínimos que puede suministrar nuestro equipo es el adecuado para hacer descargas a corazón abierto, solicitamos a la convocante con fines de referenciación nos permita documentar este punto mediante el rango que va de 1-360 J. ¿Se acepta? Id DEM: 6056. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.6 Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa, establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Solicitamos a la convocante nos permita referenciar el rango de 2 a 4 Joules que normalmente se utiliza para desfibrilación interna además de referenciar el accesorio correspondiente "cable adaptador para desfibrilación interna" y los "electrodos para desfibrilación interna" dentro del mismo manual de operaciones, con esto comprobar que nuestro equipo cumple con dicha función. ¿Se acepta? Debemos entender que el ajuste de la rampa de presión, se modifica cuando se elige el % máximo de flujo que estará presente durante la fase inspiratoria de las respiraciones por presión. En el equipo ofertado, el % máximo de flujo puede ser modificado en el control "ciclo de flujo". Lo que es equivalente al ajuste rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa e incremento de la pendiente de presión. ¿Es correcto? Id DEM: 6043. Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o	de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Jefe Rápido Lupa	Nombre o Razón Social del Participante	País Código del País	ID DEA	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	Respuesta Repregunta
					<p>incremento de la pendiente de presión, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.16 establecido en la presente convocatoria. Solicitamos a la convocante que con fines de referenciación para este punto, se nos permita ofertar como equivalente al retardo inspiratorio: retención de inspiración, siendo ambas características equivalentes. ¿Se acepta? PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE ACEPTA OFERTAR LA MISMA CANTIDAD DE ELECTRODOS PERO DE PLATA/CLORO DE PLATA (Ag/AgCl) CON LOS CUALES NO SE AFECTA LA CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES, ADEMÁS, LOS ELECTRODOS DE CLORO DE PLATA REQUIEREN MENOS CUIDADOS QUE LOS DE COPA DE ORO Y POR ELLO SON MAS DURABLES. ¿SE ACEPTAN ELECTRODOS DE PLATA? Id DEM: 6326. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 Juego completo de 40 electrodos reusables con disco o copa de cloro plata con baño de oro de 24 kilates de 10 mm, para electroencefalografía. Que cumplan con el estándar din y longitud del cable de 24 puntas de 1 metro como mínimo. (Indicar marca, modelo y/o número de parte). establecido en la presente cédula de descripción del artículo. PARA QUE SE PUEDA OBTENER UNA ESTABILIDAD APROPIADA EN EL REGISTRO DE EEG ACOPLADO EN DC SE PUEDE LOGRAR SOLAMENTE CUANDO SE USAN ELECTRODOS AG /AGCL Y UN GEL CONDUCTIVO QUE CONTENGA CLORO. SIN EMBARGO, HAY OTROS FACTORES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA AL REALIZAR GRABACIONES DE EEG ACOPLADAS EN DC EN EL CUERO CABELLUDO. LA PIEL ES UNA FUENTE SIGNIFICATIVA DE POTENCIALES SOSTENIDOS Y QUE CAMBIAN LENTAMENTE. LOS ELECTRODOS AG/AGCL REGISTRAN NO SÓLO LAS SEÑALES DE VOLTAJE, SINO QUE</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código catálogo Folios Página	Número Solicitud Cualitativa	Repó- sición del Licitador	10 Días	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RECEPCIÓN RESPUESTA	Area que revisa
						<p>TAMBIEN SON SENSIBLES A LOS CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN DE CLORURO. LA SUDORACIÓN, ASI COMO EL SECADO DEL GEL DEL ELECTRODO, PUEDEN CAMBIAR EL NIVEL DE CLORURO DETECTADO POR EL ELECTRODO. CON EL FIN DE MINIMIZAR ESTA FUENTE DE ARTEFACTOS, LOS ELECTRODOS AGIAGGL SE EQUIPAN CON UNA CAVIDAD QUE ES SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA CONTENER UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE GEL CON EL FIN DE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN DE CLORURO EN LA INTERFAZ GEL-AGGL. ASI MISMO SE TIENE LA SIGUIENTE TABLA COMPARATIVA DE LOS ELECTRODOS. PICTON TW, HILLYARD SA. CEPHALIC SKIN POTENTIALS IN ELECTROENCEPHALOGRAPHY. ELECTROENCEPH CLIN NEUROPHYSIOL 1972;33:419-24. MCADAMS E. BIOELECTRODES. IN: WEBSTER JB, EDITOR. ENCYCLOPEDIA OF MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTATION. 2. NEW YORK: WILEY; 2006. PP. 120-166. A THIN, FLEXIBLE MULTIELECTRODE GRID FOR HIGH-DENSITY SURFACE EMG. LAPATKI BG, VAN DIJK JP, JONAS IE, ZWARTS MJ, STEGEMAN DF J APPL PHYSIOL (1985). 2004 JAN; 96(1):327-36. CON BASE EN LA EVIDENCIA CITADA, ¿SE ACEPTA OFERTAR JUEGO DE 40 ELECTRODOS DE PLATA/CLORURO DE PLATA CON CABLE DE 1.5 METROS DE LONGITUD? PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN OFERTAR LOS SIGUIENTES ESTIMULADORES ELÉCTRICOS: UN ESTIMULADOR DE CORRIENTE CON CONTROL DE INTENSIDAD DESDE EL MISMO MANGO DEL ESTIMULADOR Y UN ESTIMULADOR DE CORRIENTE CON PUNTAS DE ESTIMULACIÓN DE DISTANCIA VARIABLE (DE 9 A 35 MM) PARA USO TANTO CON</p>		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Código Código	Número y Razón Social del Acreditado	Región Sede del Acreditado	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPARQUILLO	RESPUESTA REPRESENTA	Año que abre
257	SERVICIOS DE INGENIERIA EN	3	6056	El rango de valores mínimos que puede suministrar nuestro equipo es el adecuado	Id DEM: 6056, Respuesta: No se acepta su solicitud,	<p>PACIENTES PEDIÁTRICOS COMO ADULTOS. ¿SE ACEPTA? Id DEM: 6334, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.12 Estimulador de corriente con punta de estimulación con control de intensidad y estímulo con al menos un juego de adaptadores de tamaño pediátrico y un juego de tamaño adulto., establecido en la presente cédula de descripción del artículo. DEBIDO A QUE LA RESPUESTA EMITIDA CARECE DE SUSTENTO TECNICO Y SOLO REFIERE "APEGARSE A LA DESCRIPCION", HACEMOS HINCAPIE EN QUE NO SE PRETENDE OFERTAR UNA OPCION TECNOLOGICA INFERIOR, ESTAMOS SOLICITANDO SE ACPTEN INCLUIR DOS ESTIMULADORES ELECTRICOS YA QUE EL SIMPLE HECHO DE REMOVER EL ACCESORIO DE LAS PUNTAS PARA PACIENTES ESPECIFICOS PUEDE OCASIONAR QUE A MEDIANO PLAZO LAS PUNTAS DEL ELECTROESTIMULADOR SE AFLOJEN DEL MANDO Y LAS CORRIENTES/VOLTAJES SUMINISTRADOS NO SEAN LOS CORRECTOS PARA LOS ESTUDIOS DE INTERES. ASÍ MISMO, INCLUIAMOS UN ESTIMULADOR CON CONTROL DE INTENSIDAD Y CONTROL DEL DISPARO DEL ESTIMULO EN EL MISMO MANGO, MIENTRAS QUE CON EL SEGUNDO ESTIMULADOR OFERTADO SE TIENE LA VENTAJA DE ABRIR O CERRAR LA PUNTAS DE ESTIMULACION ENTRE DISTANCIAS DE 9 A 35 MM PARA TRATAR PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, SIENDO MAS ÚTIL PARA ESTUDIOS DE ESTIMULACIÓN REPETITIVA POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR LOS DOS ESTIMULADORES MENCIONADOS. ¿SE ACEPTA?</p>	Id DEM: 6894, Respuesta: No se acepta su solicitud, Se precisa que la	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Bienes Unidad	Nombre y Razón Social del licitante	Fecha gasto del licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REQUERIDA	Verificación admisión
258	MEDICINA S.A DE C.V.	4	6043	para hacer descargas a corazón abierto, solicitamos a la convocante con fines de referenciación nos permita documentar este punto mediante el rango que va de 1-360 J. ¿Se acepta?	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.6 Con capacidad de desfibrilación interna (citruga de corazón abierto) y externa., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	normalmente se utiliza para desfibrilación interna además de referenciar el accesorio correspondiente "cable adaptador para desfibrilación interna" y los "electrodos para desfibrilación interna" dentro del mismo manual de operaciones, con esto comprobar que nuestro equipo cumple con dicha función. ¿se acepta?	convocante requiere Con capacidad de desfibrilación interna (citruga de corazón abierto) y externa para el numeral 2.1.5.6 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
259	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A DE C.V.	14	6326	Debemos entender que el ajuste de la rampa de presión, se modifica cuando se elige el % máximo de flujo que estará presente durante la fase inspiratoria de las respiraciones por presión. En el equipo ofertado, el % máximo de flujo puede ser modificado en el control "ciclo de flujo". Lo que es equivalente al ajuste rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa e incremento de la pendiente de presión. ¿Es correcto?	Id DEM: 6043, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.16 establecido en la presente convocatoria.	Solicitamos a la convocante que con fines de referenciación para este punto, se nos permita ofertar como equivalente al retardo inspiratorio: retención de inspiración, siendo ambas características equivalentes. ¿Se acepta?	Id DEM: 6835, Respuesta: Se acepta ofertar como equivalente al retardo inspiratorio: retención de inspiración, como opción para el numeral 3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
259	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	14	6326	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE ACEPTA OFERTAR LA MISMA CANTIDAD DE ELECTRODOS PERO DE PLATA/COLORO DE PLATA (Ag/AgCl) CON LOS CUALES NO SE AFECTA LA CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES, ADEMÁS, LOS ELECTRODOS DE CLORURO DE PLATA REQUIEREN MENOS CUIDADOS QUE LOS DE COPA DE ORO Y POR ELLO SON MAS DURABLES. ¿SE ACEPTAN ELECTRODOS DE PLATA?	Id DEM: 6326, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4 Juego completo de 40 electrodos reusables con disco o copa de cloruro plata con baño de oro de 24 kilates de 10 mm, para electroencefalografía. Que cumplan con el estándar din y longitud del cable de 24 puntas de 1 metro como mínimo. (Indicar marca, modelo y/o número	PARA QUE SE PUEDA OBTENER UNA ESTABILIDAD APROPIADA EN EL REGISTRO DE EEG ACOPLADO EN DC SE PUEDE LOGRAR SOLAMENTE CUANDO SE USAN ELECTRODOS AG /AGCL Y UN GEL CONDUCTIVO QUE CONTENGA CLORURO. SIN EMBARGO, HAY OTROS FACTORES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA AL REALIZAR GRABACIONES DE EEG ACOPLADAS EN DC EN EL CUERO CABELLUO. LA PIEL ES UNA FUENTE SIGNIFICATIVA DE POTENCIALES SOSTENIDOS Y QUE CAMBIAN LENTAMENTE. LOS ELECTRODOS AG/AGCL REGISTRAN NO SÓLO LAS SEÑALES DE VOLTAJE, SINO QUE TAMBIEN SON SENSIBLES A LOS CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN DE CLORURO. LA	Id DEM: 6836, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se precisa que la convocante requiere Juego completo de 40 electrodos reusables con disco o copa de cloruro plata con baño de oro de 24 kilates de 10 mm, para electroencefalografía. Que cumplan con el estándar din y longitud del cable de 24 puntas de 1 metro como mínimo. (Indicar marca, modelo y/o número de parte), para el numeral 2.4 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consejo Cívico Representativa	Identificación Social del Licitante	Representante del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPRESENTA	Asesor Asesor																																						
					de parte), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.		<p>SUDORACIÓN, ASÍ COMO EL SECADO DEL GEL DEL ELECTRODO, PUEDEN CAMBIAR EL NIVEL DE CLORURO DETECTADO POR EL ELECTRODO. CON EL FIN DE MINIMIZAR ESTA FUENTE DE ARTEFACTOS, LOS ELECTRODOS AGIAGCL SE EQUIPAN CON UNA CAVIDAD QUE ES SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA CONTENER UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE GEL CON EL FIN DE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN DE CLORURO EN LA INTERFAZ GEL-AGCL. ASÍ MISMO SE TIENE LA SIGUIENTE TABLA COMPARATIVA DE LOS ELECTRODOS.</p> <p>TIPO DE ELECTRODO VOLTAJE DE OFFSET, RESISTENCIA Y POLARIZACIÓN VELOCIDAD DE DERIVA NIVEL DE RUIDO ACOPLAMIENTO EN DC ACOPLAMIENTO EN AC PLATA/CLORURO DE PLATA (AGIAGCL) BAJO MUY BAJO BUENA EXCELENTE CLORURO DE PLATA CON BANO DE ORO VARIABLE VARIABLE BAJO POBRE BUENA</p> <table><thead><tr><th>TIPO DE ELECTRODO</th><th>VOLTAJE DE OFFSET</th><th>RESISTENCIA</th><th>POLARIZACIÓN VELOCIDAD DE DERIVA</th><th>NIVEL DE RUIDO</th><th>ACOPPLAMIENTO EN DC</th><th>ACOPPLAMIENTO EN AC</th><th>PLATA/CLORURO DE PLATA (AGIAGCL)</th><th>BAJO</th><th>MUY BAJO</th><th>BUENA</th><th>EXCELENTE</th><th>CLORURO DE PLATA</th><th>CON BANO DE ORO</th><th>VARIABLE</th><th>VARIABLE</th><th>BAJO</th><th>POBRE</th><th>BUENA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>PICTON TW, HILLYARD SA. CEPHALIC SKIN POTENTIALS IN ELECTROENCEPHALOGRAPHY. ELECTROENCEPH CLIN NEUROPHYSIOL 1972;33:419-24. MCADAMS E. BIOELECTRODES. IN: WEBSTER JB, EDITOR. ENCYCLOPEDIA OF MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTATION. 2. NEW YORK: WILEY; 2006. PP. 120-166. A THIN, FLEXIBLE MULTIELECTRODE GRID FOR HIGH-DENSITY SURFACE EMG. LAPATKI BG, VAN DIJK JP, JONAS IE, ZWARTS MJ, STEGEMAN DE J APPL PHYSIOL (1985). 2004 JAN; 96(1):327-36. CON BASE EN LA EVIDENCIA CITADA, ¿SE ACEPTA OFERTAR JUEGO DE 40 ELECTRODOS DE</p>	TIPO DE ELECTRODO	VOLTAJE DE OFFSET	RESISTENCIA	POLARIZACIÓN VELOCIDAD DE DERIVA	NIVEL DE RUIDO	ACOPPLAMIENTO EN DC	ACOPPLAMIENTO EN AC	PLATA/CLORURO DE PLATA (AGIAGCL)	BAJO	MUY BAJO	BUENA	EXCELENTE	CLORURO DE PLATA	CON BANO DE ORO	VARIABLE	VARIABLE	BAJO	POBRE	BUENA																				
TIPO DE ELECTRODO	VOLTAJE DE OFFSET	RESISTENCIA	POLARIZACIÓN VELOCIDAD DE DERIVA	NIVEL DE RUIDO	ACOPPLAMIENTO EN DC	ACOPPLAMIENTO EN AC	PLATA/CLORURO DE PLATA (AGIAGCL)	BAJO	MUY BAJO	BUENA	EXCELENTE	CLORURO DE PLATA	CON BANO DE ORO	VARIABLE	VARIABLE	BAJO	POBRE	BUENA																												

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Curso Negociación	Nombre y Razón Social del Estudiante	Grupo	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPETICIÓN	Respuesta
260	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	16	6334	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN OFERTAR LOS SIGUIENTES ESTIMULADORES ELÉCTRICOS: UN ESTIMULADOR DE CORRIENTE CON CONTROL DE INTENSIDAD DESDE EL MISMO MANGO DEL ESTIMULADOR Y UN ESTIMULADOR DE CORRIENTE CON PUNTAS DE ESTIMULACIÓN DE DISTANCIA VARIABLE (DE 9 A 35 MM) PARA USO TANTO CON PACIENTES PEDIÁTRICOS COMO ADULTOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6334, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.12 Estimulador de corriente con punta de estimulación con control de intensidad y estímulo con al menos un juego de adaptadores de tamaño pediátrico y un juego de tamaño adulto, en la presente cédula de descripción del artículo.	PLATA/CLORURO DE PLATA CON CABLE DE 1.5 METROS DE LONGITUD?	Id DEM: 6837, Respuesta: Se acepta ofertar DOS ESTIMULADORES ELÉCTRICOS: UN ESTIMULADOR CON CONTROL DE INTENSIDAD Y CONTROL DEL DISPARO DEL ESTÍMULO EN EL MISMO MANGO, EL SEGUNDO ESTIMULADOR OFERTADO CON VENTAJA DE ABRIR O CERRAR LA PUNTA DE ESTIMULACIÓN ENTRE DISTANCIAS DE 9 A 35 MM PARA TRATAR PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, como opción para el punto 2.12 Estimulador de corriente con punta de estimulación con control de intensidad y estímulo con al menos un juego de adaptadores de tamaño pediátrico y un juego de tamaño adulto, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
261	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	17	6335	PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE ACEPTA OFERTAR LA MISMA CANTIDAD DE ELECTRODOS PERO DE PLATA/CLORURO DE PLATA (Ag/AgCl) CON LOS CUALES NO SE AFECTA LA CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES, ADEMÁS, LOS ELECTRODOS DE CLORURO DE PLATA REQUIEREN MENOS CUIDADOS QUE LOS DE COPA	Id DEM: 6335, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16 Al menos un juego completo de 20 electrodos reusables con disco o copa de cloruro de plata con baño de oro de	PARA QUE SE PUEDA OBTENER UNA ESTABILIDAD APROPIADA EN EL REGISTRO DE PE ACOPLADO EN DC SE PUEDE LOGRAR SOLAMENTE CUANDO SE USAN ELECTRODOS AG /AGCL Y UN GEL CONDUCTIVO QUE CONTENGA CLORURO. SIN EMBARGO, HAY OTROS FACTORES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA AL REALIZAR GRABACIONES DE PE ACOPLADAS EN DC EN	Id DEM: 6838, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se precisa que la convocante requiere Al menos un juego completo de 20 electrodos reusables con disco o copa de cloruro de plata con baño de oro de 24 kilates de 10 mm. Que cumplan con el estándar an y longitud del cable de 1 a 1.5 metros como mínimo, para el numeral 2.16 en	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




Código interno Registro único	Nombre o Razón Social del Licitante	Registro único del Licitante	ID DEA	PREGUNTA	RESPUESTA	REQUERIDA	RESPUESTA REQUERIDA	Área de interés
				DE ORO Y POR ELLO SON MAS DURABLES. ¿SE ACEPTAN ELECTRODOS DE PLATA?	24 kilos de 10 mm. Que cumplan con el estándar din y longitud del cable de 1 a 1.5 metros como mínimo., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	EL CUERO CABELLUDO. LA PIEL ES UNA FUENTE SIGNIFICATIVA DE POTENCIALES SOSTENIDOS Y QUE CAMBIAN LENTAMENTE. LOS ELECTRODOS AG/AGCL REGISTRAN NO SÓLO LAS SEÑALES DE VOLTAJE, SINO QUE TAMBIÉN SON SENSIBLES A LOS CAMBIOS EN LA CONCENTRACION DE CLORURO. LA SUDORACIÓN, ASÍ COMO EL SECADO DEL GEL DEL ELECTRODO, PUEDEN CAMBIAR EL NIVEL DE CLORURO DETECTADO POR EL ELECTRODO. CON EL FIN DE MINIMIZAR ESTA FUENTE DE ARTEFACTOS, LOS ELECTRODOS AG/AGCL SE EQUIPAN CON UNA CAVIDAD QUE ES SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA CONTENER UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE GEL CON EL FIN DE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN DE CLORURO EN LA INTERFAZ GEL-AGCL. ASÍ MISMO SE TIENE LA SIGUIENTE TABLA COMPARATIVA DE LOS ELECTRODOS. TIPO DE ELECTRODO VOLTAJE DE OFFSET, RESISTENCIA Y POLARIZACIÓN VELOCIDAD DE DERIVA NIVEL DE RUIDO ACOPLAMIENTO EN DC ACOPLAMIENTO EN AC PLATA/CLORURO DE PLATA (AG/AGCL) BAJO MUY BAJO BAJO BUENA EXCELENTE CLORURO DE PLATA CON BAÑO DE ORO VARIABLE VARIABLE BAJO POBRE BUENA	la presente cédula de descripción del artículo.	

TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO
TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO	TIPO DE ELECTRODO

PICTON TW, HILLYARD SA. CEPHALIC SKIN POTENTIALS IN ELECTROENCEPHALOGRAPHY. ELECTROENCEPH CLIN NEUROPHYSIOL 1972;33:419-24. MCADAMS E. BIOELECTRODES. IN: WEBSTER JB, EDITOR. ENCYCLOPEDIA OF MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTATION: 2 NEW YORK: WILEY; 2006. PP. 120-166; A THIN,

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Código Número Unidad	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha Última del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Asesorio Licitante
262	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A DE C.V.	5	6050	Es correcto entender que para cumplir con lo solicitado en este punto, se podrá ofertar mascarilla desechable grande (10 piezas) para paciente adulto; mascarilla desechable chica (10 piezas) para paciente pediátrico y mascarilla chica (10 piezas) para paciente neonatal. ¿Es correcto?	Id DEM: 6050, Respuesta: No es correcta su apreciación, se precisa que el convocante requiere el numeral 4.2 Mascarillas desechables, libre de látex, con amnés o sujetador, para paciente adulto (10 piezas), pediátrico (10 piezas) y neonatal (10 piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo) lo siguiente: para paciente adulto mascarilla tamaño S o equivalente para adulto pequeño (10 piezas), para paciente pediátrico mascarilla tamaño S o su equivalente para niño pequeño (10 piezas) y neonatal tamaño 0 o S o su equivalente para neonato pequeño (10 piezas), libres de látex con amnés o sujetador.	FLEXIBLE MULTIELECTRODE GRID FOR HIGH-DENSITY SURFACE EMG. LAPATKI BG, VAN DIJK JP, JONAS IE, ZWARTS MJ, STEGEMAN DF J APPL PHYSIOL (1985). 2004 JAN; 96(1):327-36. CON BASE EN LA EVIDENCIA CITADA, ¿SE ACEPTA OFERTAR JUEGO DE 40 ELECTRODOS DE PLATA/CLORO DE PLATA CON CABLE DE 1.5 METROS DE LONGITUD?	Id DEM: 6839, Respuesta: Se acepta ofertar... para paciente pediátrico se podrá ofertar mascarilla tamaño S o su equivalente para niño pequeño (10 piezas), podremos ofertar entonces mascarilla infantil tamaño grande (10 piezas), como opción al numeral 4.2 Mascarillas desechables, libre de látex, con amnés o sujetador, para paciente adulto (10 piezas), pediátrico (10 piezas) y neonatal (10 piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), toda vez que las mascarillas permitan ser utilizadas y sean del tamaño adecuado para los diferentes tipos de paciente solicitados, es decir, adultos, pediátricos y neonatales, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
263	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	22	4164	LA CONVOCANTE SOLICITA ELECTRODO TIPO CUCHILLA REUSABLE LARGO MÍNIMO 10 CM, SE SOLICITA PODER OFERTAR CAJA CON 50 ELECTRODOS DESECHABLES TIPO CUCHILLA CON LARGO MÍNIMO DE 10	Id DEM: 4164, Respuesta: Se acepta ofertar caja con 50 electrodos desechables tipo cuchilla con largo mínimo de 10 cm o mayor como opción para el punto	EN CONSECUENCIA Y PARA EFECTOS DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR CAJA CON 30 LAPICES DESECHABLES QUE CUENTAN CON BOTONES PARA EL	Id DEM: 6840, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que la Convocante solicita en el punto 3.3 Al menos un lápiz reusable con botones para el control de la potencia de corte y coagulación, con cable de 3 m como mínimo;	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Concepto Código Bienes Servicios	Nombre o Razón Social del Postulante	Fecha de Expiración de la Oferta	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECONCILIACIÓN	RESUESTA-RECONCILIACIÓN	Fecha de Expiración de la Oferta
264	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	18	6336	CM O MAYOR PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS MONOPOLARES REUSABLES Y ESTERILIZABLES, EN 3 MEDIDAS DIFERENTES COMO SON 15, 30 Y 50 MM DE LARGO, INCLUYENDO EN LA OFERTA 1 CAJA CON 5 PIEZAS PARA CADA MEDIDA. ¿SE ACEPTA?	3.3.1 Un electrodo tipo cuchilla reusable largo mínimo 10 cm. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6336, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.1 Electrodo desechables de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario) en la presente cédula de descripción del artículo.	CONTROL DE LA POTENCIA DE CORTE Y COAGULACIÓN, CON CABLE DE 3 MTS COMO MÍNIMO, COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 3.3 DE LA CÉDULA. ¿SE ACEPTA?	adicionalmente se solicita en el numeral 4.2 Al menos 10 lápices monopolares desechables con cable. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo). La convocante precisa que requiere al menos un lápiz monopolar reusable y al menos 10 lápices monopolares desechables, establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 6841, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se precisa que la convocante requiere Electrodo desechables de aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierta de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25mm a 75mm de largo. Al menos una caja de cada medida. (Incluir registro sanitario) para el numeral 4.1 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
265	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	20	6332	DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS DE EMG DE FIBRA ÚNICA NO SE CONSIDERAN DE RUTINA, Y QUE LOS USUARIOS PRECISAN DE UN ENTRENAMIENTO	Id DEM: 6332, Respuesta: Para el numeral 2.6.1.1 No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción del artículo.	DEBIDO A QUE LA RESPUESTA DADA NO CUENTA CON SOPORTE CLÍNICO Y SOLO REFIERE "APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN". HACEMOS NOTAR QUE LOS ESTUDIOS DE	Id DEM: 6842, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se precisa que la convocante requiere Electromiografía con grabación o almacenamiento de al	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017




Código Único Registro	Nombre y Razón Social del Proveedor	Fecha de Respuesta	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPLICA	RESPUESTA REPREGUNTA	Área de Atención
266	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de CV.	1	3732	Página 9. Dice: "... los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario... Solicitamos atentamente a la convocante que nos permita ofertar accesorios y consumibles con procedencia de Nueva Zelanda que cumplen con la calidad solicitada en el punto 2.4, considerando que la marca Fisher & Paykel es actualmente conocida y utilizada en el	descripción solicitada en el numeral 2.6.1.1 Electromiografía con grabación o almacenamiento de al menos 30 segundos, reflejo de parpadeo, estimulación repetitiva, electromiografía de fibra única, onda F, reflejo H., para el numeral 2.6.1.1 y Al menos cinco electrodos (agujas) de fibra única (únicamente para estudios de pacientes con miastenia gravis). Incluir registro sanitario, para el numeral 4.3 en la presente cédula de descripción del artículo. Para el numeral 4.3 No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.3 Al menos cinco electrodos (agujas) de fibra única (únicamente para estudios de pacientes con miastenia gravis). Incluir registro sanitario. Establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	EMG DE FIBRA UNICA EN VERDAD SON DE NIVEL AVANZADO, POR LO QUE SE REQUIERE UNA INVERSION COSTOSA DE SOFTWARE ASI COMO DE AGUJAS ESPECIALES; POR OTRA PARTE, SU APLICACIÓN ES PRÁCTICAMENTE DEDICADA PARA ESTUDIOS DE MIASTENIA GRAVIS, DICHA ENFERMEDAD SE DIAGNOSTICO EN EL AÑO 2010 EN UNA TAZA 0.01% (587 CASOS ENTRE 4,254,312) A NIVEL NACIONAL, TAL COMO SE REPORTA EN EL ARTICULO DEL AÑO 2015 TITULADO "MIASTENIA GRAVIS (MG) EN ADULTOS DE INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SISTEMA PÚBLICO SANITARIO MEXICANO: UN ANÁLISIS DE EGRESOS HOSPITALARIOS DURANTE EL AÑO 2010", DE LOS AUTORES PAULINA TOLOSA-TORT, ERWIN CHIQUETE, ENTRE OTROS, PUBLICACION DE LA GACETA MEDICA DE MEXICO VOLUMEN 151-No. 1-AÑO 2015, PAGINAS 47 A 53 (http://www.ammm.org.mx/GMM/). CON BASE EN DICHO ARTICULO HACEMOS INCAPIE QUE LOS ESTUDIOS DE FIBRA UNICA SEAN OPCIONALES, TODA VEZ QUE LA TAZA DE DIAGNOSTICO ES MUY BAJA, ADEMÁS DE NO INCREMENTAR LAS PROPUUESTAS ECONOMICAS EN ESTA LICITACION. ¿SE ACEPTA COMO CRECIMIENTO A FUTURO EL ESTUDIO DE FIBRA UNICA Y LA AGUJA RESPECTIVA?	Id DEM: 6843, Respuesta: No es correcta su apreciación. Los bienes convocados para su adquisición, así como los accesorios y consumibles descritos en las Cédulas de Descripción del Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados señalados en la convocatoria, toda vez que los bienes importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras	DEM

Página 144 de 219

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Conte cunto Presup Data	Nombre y Razón Social del Licitante	Rep unta del Licitan te	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Atención técnica
267	Maquet Mexicana, S. de R.L de C.V.	8	5207	insultito. DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 22 CM O MAYOR, DE ACUERDO A LA NORMA INTERNACIONAL DE EFICACIA LUMINOSA DE LÁMPARAS DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED), SE RECOMIENDA UNA LÁMPARA CON CAMPO DE ILUMINACIÓN VARIABLE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ESTAS LÁMPARAS CUBREN UN RANGO DE 12 CM A MENOR A 22 CM A MAYOR. ¿DEBERÁ EL EQUIPO CUMPLIR CON ESTE RANGO DE VARIACIÓN DE CAMPO?	Tratados señalados en la convocatoria, toda vez que los bienes importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda. Id DEM: 5207, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar LÁMPARA CON CAMPO DE ILUMINACIÓN VARIABLE QUE CUBREN UN RANGO DE 22 CM A MAYOR, como opción para el punto 4.2.7 Diámetro de iluminación de 22 cm o mayor, solicitado por la convocante, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEBIDO A QUE NO TODAS LAS CIRUGÍAS REQUIEREN DEL MISMO DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN ¿REQUIEREN QUE EL DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN SEA AJUSTABLE HASTA EN CINCO DIÁMETROS DIFERENTES?	Id DEM: 6844, Respuesta: No es correcta su apreciación, se acepta ofertar diámetro de iluminación ajustable hasta en cinco diámetros diferentes, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Se precisa que lo solicitado es 2.4.2.7 Diámetro de iluminación de 22 cm o mayor, sin que ocurra variación en la calidad de iluminación., lo cual atiende a los lds DEM: 4887, 5207, 5281, 5614, 5931, 6510.	DEM
268	Maquet Mexicana, S. de R.L de C.V.	9	6511	De acuerdo al numeral citado, entendemos que se deberá ofertar tecnología cuya profundidad de iluminación sea variable y configurable por el usuario, en el rango de 70 a 150 cm a 1 metro de distancia de la fuente. ¿Nuestra apreciación es correcta?	Id DEM: 6511, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.8 Profundidad de iluminación de 75 cm como mínimo a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque y sin que ocurra variación en la calidad de iluminación, posicionando la lámpara en dicho rango, establecido en la presente convocatoria.	EQUIPOS CON POCA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN REQUIEREN QUE CONSTANTEMENTE SE ESTE AJUSTANDO LA ALTURA DE LA LÁMPARA DURANTE LA CIRUGIA, ¿REQUIEREN QUE LA LÁMPARA CUENTE COMO MÍNIMO CON 110 CM DE PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN?	Id DEM: 6845, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a lo solicitado en el numeral 2.4.2.8 Profundidad de iluminación de 75 cm como mínimo a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque y sin que ocurra variación en la calidad de iluminación, posicionando la lámpara en dicho rango., establecido en la presente convocatoria.	DEM
269	INTERNATIONAL	5	5979	Entendemos que se debe ofertar el	Id DEM: 5979, Respuesta: Entendemos que la característica "análisis de		Id DEM: 6946, Respuesta: Con fines de	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de la oferta	Nombre o Razón Social del Licitante	Rango de la oferta	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPRESENTATIVA	RESPUESTA REPRESENTATIVA
270	EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	10	5209	programa para vectocardiografía y no así apnea y análisis de frecuencia respiratoria; ya que el hoffer tiene el objetivo de realizar estudios de monitorización cardíaca y no así respiratorios. Además, el diagnóstico de eventos respiratorios se realiza a través de estudios complementarios. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1.10 Programa para vectocardiografía, apnea y análisis de frecuencia respiratoria., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	frecuencia respiratoria" se puede comprobar documentalmente utilizando como referencia el mismo "análisis de apnea de sueño" que comprende el numeral citado, dado que no se podría realizar un estudio de apnea obstructiva del sueño si la tecnología no tuviera la capacidad para realizar un estudio de la frecuencia respiratoria, por lo que, con el objetivo de ir acorde a la literatura del fabricante y demostrar ambas características se referenciará el mismo análisis de "apnea del sueño".	comprobación documental como opción podrá referenciar análisis de apnea de sueño comprobando que corresponde a la característica solicitada apnea y análisis de frecuencia respiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
271	Maquet Mexicana, S. de R.L de C.V.	11	5620	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA (UPS), GRADO MEDICO O INTER CONSTRUIDA CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 1.5 HRS O MAYOR. ENTENDEMOS QUE EN EL PUNTO 2.5.1 RESPALDO DE 1.5 HORAS, ESTE RESPALDO DEBERÁ SER CON EL USO DE LA LAMPARA A LA MAXIMA INTENSIDAD LUMINOSA DE 160,000 LUXES SIN PERDIDA NI CAIDA EN LA INTENSIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 5209, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor, establecido en la presente convocatoria.	LA MAYORIA DE LOS HOSPITALES CUENTAN CON PLANTA DE EMERGENCIA, POR LO TANTO, PARA EVITAR GASTOS INNECESARIOS A LA INSTITUCIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y A MANERA DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ACEPTÉ DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO PUEDE CONTAR CON UN BANCO DE BATERIAS DE LA MISMA MARCA DE LA LAMPARA, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6847, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
271	Maquet Mexicana, S. de R.L de C.V.	11	5620	Frecuentemente la planta de emergencia de los hospitales tarda mucho tiempo en accionarse para respaldar las áreas críticas; además, una UPS que ofrezca 1.5 horas de respaldo podría no ser suficiente para alimentar un sistema de iluminación doble durante una cirugía mayor (solo respaldan 1.5 horas en sistemas de iluminación sencilla). En consecuencia de lo anterior, solicitamos a la amable convocante considere que el sistema de alimentación ininterrumpida o baterías de respaldo deberá garantizar al menos 3 horas de funcionamiento continuo en los sistemas dobles solicitados, ¿se acepta?	Id DEM: 5620, Respuesta: No es correcta su apreciación. Solo se acepta ofertar sistema de alimentación ininterrumpida de al menos 3 horas de funcionamiento continuo, como opción para el punto 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo comprobar que cuenta con lo solicitado en los numerales 2.5 Sistema de	POR CUESTIONES DE REFERENCIA SOLICITAMOS PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEMOSTRANDO QUE RESPALDAMOS 3 HORAS DE BATERIAS ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6848, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá ofertar un tiempo de respaldo de 3 HORAS, como opción para el numeral 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo ofertar, comprobar documentalmente y demostrar la descripción solicitada en los numerales 2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de Postulación	Nombre y Razón Social del Licitador	Fecha de inscripción	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA DE REFERENCIA	Asignar a quién	
272	Maquet Mexicana, S. de R.L. de C.V.	12	5620	Frecuentemente la planta de emergencia de los hospitales tarda mucho tiempo en accionarse para respaldar las áreas críticas; además, una UPS que ofrezca 1.5 horas de respaldo podría no ser suficiente para alimentar un sistema de iluminación doble durante una cirugía mayor (sólo respaldan 1.5 horas en sistemas de iluminación sencilla). En consecuencia de lo anterior, solicitamos a la amable convocante considere que el sistema de alimentación ininterrumpida o baterías de respaldo deberá garantizar al menos 3 horas de funcionamiento continuo en los sistemas dobles solicitados, ¿se acepta?	alimentación ininterrumpida (UPS) y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo. Id DEM: 5620, Respuesta: No es correcta su apreciación. Solo se acepta ofertar sistema de alimentación ininterrumpida de al menos 3 horas de funcionamiento continuo, como opción para el punto 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo comprobar que cuenta con lo solicitado en los numerales 2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo.	POR CUESTIONES DE REFERENCIA SOLICITAMOS PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEMOSTRANDO QUE LAS BATERÍAS CUENTAN CON UN TIEMPO DE RECARGA DE 14 HORAS, ES DECIR 1.5 HORAS DE RESPALDO EN 7 HORAS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6849, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo, establecido en la presente convocatoria.	DEM
273	Maquet Mexicana, S. de R.L. de C.V.	13	5620	Frecuentemente la planta de emergencia de los hospitales tarda mucho tiempo en accionarse para respaldar las áreas críticas; además, una UPS que ofrezca 1.5 horas de respaldo podría no ser suficiente para alimentar un sistema de iluminación doble durante una cirugía mayor (sólo respaldan 1.5 horas en sistemas de iluminación sencilla). En consecuencia de lo anterior, solicitamos a la amable convocante considere que el sistema de alimentación ininterrumpida o baterías de respaldo deberá garantizar al menos 3	Id DEM: 5620, Respuesta: No es correcta su apreciación. Solo se acepta ofertar sistema de alimentación ininterrumpida de al menos 3 horas de funcionamiento continuo, como opción para el punto 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor, sin ser	CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL DE LA SALA SEPA QUE EL SISTEMA DE BATERÍAS ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, ¿REQUIEREN QUE EN EL CONTROL DE LA LÁMPARA SE INCLUYA INDICADORES DE ADVERTENCIA DE LA CARGA DE LAS BATERÍAS?	Id DEM: 6850, Respuesta: No se acepta su solicitud, la convocante no requiere un SISTEMA DE BATERÍAS, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales 2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), 2.5.1 Grado médico, integrada o interconstruida con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo, establecido en la presente convocatoria; respecto a los indicadores de advertencia de la carga de las baterías o	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Salubridad y Regimen de Licitación	Nombre o Razón Social del Licitante	Fecha de la Licitación	ID del Licitante	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Presupuesto anterior
274	Maquet Mexicana, S. de R.L. de C.V.	14	4878	horas de funcionamiento continuo en los sistemas dobles solicitados, ¿se acepta?	obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo comprobar que cuenta con lo solicitado en los numerales 2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y 2.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo. Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la tecnología superior o equivalente ni describe las características propias del equipo a ofertar.	CON LA INTENSIÓN DE QUE EL INSTITUTO CUENTE CON EQUIPOS CON CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN, LA LAMPARA DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA PARA LA CONEXIÓN A FUTURO DE UNA CAMARA HD INALÁMBRICA E INTERCAMBIABLE SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6851, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
275	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	1	3732	Página 9. Dice: ... los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario... Solicitamos atentamente a la convocante que nos permita ofertar accesorios y consumibles con procedencia de Nueva Zelanda que cumplen con la calidad solicitada en el punto 2.4, considerando que la marca Fisher & Paykel es actualmente conocida y utilizada en el Instituto.	Id DEM: 3732, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que los bienes convocados para su adquisición, así como los accesorios y consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados señalados en la convocatoria, toda vez que los bienes importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda.	Solicitamos atentamente a la convocante se nos permita ofertar bienes de procedencia de países que no tienen tratado de libre comercio vigente con México que cumplen con los requisitos de calidad solicitados en el punto 2.4, considerando que la marca Philips es igualmente conocida y utilizada en el Instituto desde hace más de 30 años.	Id DEM: 6852, Respuesta: No se acepta su solicitud. Los bienes convocados para su adquisición, así como los accesorios y consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, deberán ser de origen nacional y/o de países socios de los tratados señalados en la convocatoria, toda vez que los bienes importados deberán cumplir con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda.	DEM
276	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	2	4684	En relación a la descripción del equipo amparado en el contrato, ¿Es obligatorio que se presenten contratos de los mismos	Id DEM: 4684, Respuesta: Si es correcto. Para los subrubros 2.1 Experiencia	Entendemos que con bienes de la misma naturaleza se refieren a bienes que coincidan con las características específicas y/o a los	Id DEM: 6853, Respuesta: Se acepta como opción para acreditar la documentación solicitada en el rubro 2.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Concepto Código Presup Unidad	Nombre o Razón Social del Licitante	Forma de Prestación del Servicio	Pregunta	Respuesta	Respuesta	Experiencia y Especialidad	Forma de Prestación del Servicio
277	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	3	Se solicita amablemente a la convocante, aceptar y evaluar contratos y/o pedidos, fianzas canceladas, escrito de liberación de fianzas, comprobantes de entrega, facturas y remisiones de entrega como documentos probatorios de los rubros de experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos, a nombre de Philips Mexicana S.A. de C.V. y/o Philips Mexico Commercial, S.A. de C.V., ¿se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4695, Respuesta: No se acepta su solicitud. La documentación a ser considerada en el presente proceso licitatorio referida en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnica Administrativa deberá corresponder a la empresa licitante participantes. Se acepta como opción que los licitantes que participen en el presente proceso	Considerando que Philips a nivel mundial dividió sus negocios (Salud e Iluminación) en entidades separadas siendo Philips Mexico Commercial la entidad designada en México para el negocio del Cuidado de la Salud a partir del 1 de Julio de 2015 con constancia en acta constitutiva; recibiendo en transferencia el personal, la estructura orgánica, los contratos, los activos, los derechos, responsabilidades y atribuciones dedicados al cuidado de la salud de Philips Mexicana; solicitamos atentamente a la convocante reconsiderar su respuesta y aceptar la presentación y evaluación de contratos y/o	Id DEM: 6854, Respuesta: Se reitera que No se acepta su solicitud. La documentación a ser considerada en el presente proceso licitatorio referida en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa deberá corresponder a la empresa licitante participantes. En caso de que la licitante pueda acreditar la situación que plantea por medio del Acta constitutiva de la empresa, se tomará en consideración la documentación presentada de ambas empresas para la licitante participante.	
			equipos que están licitando para obtener el puntaje?	y 2.2 Especialidad del Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa, se otorgarán puntos en función del tiempo en que los licitantes han suministrado bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación y en función de la verificación de que los bienes de los contratos y/o pedidos presentados en el subrubro anterior (2.1 Experiencia), sean de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación.	volumenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Es decir, para el caso de la partida "Unidad radiológica portátil. Equipo de rayos x móvil" solo será válida documentación probatoria que corresponda a equipo de rayo x móvil y no así a cualquier equipo de rayos x, y lo mismo aplica para el resto de las partidas ¿es correcta nuestra apreciación?	Experiencia y Especialidad, presentar contratos o pedidos donde la descripción de los bienes que amparen dichos instrumentos legales, señale equipo de rayo x móvil para la partida 42 Unidad radiológica portátil. Lo anterior no es aplicable para el resto de las partidas en razón de que los licitantes deberán acreditar haber suministrado bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en esas otras partidas.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Número Unidad	Nombre y Razón Social del Licitador	Forma gratuita del Licitador	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPARCUNTA	RESPUESTA/REPARCUNTA	Apertura de puerto
278	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	4	6282	Debido a que, en las salas de intervención del instituto, los angiogramas son altamente productivos (hasta 150 pacientes mensuales), es necesario que el equipo tenga un tubo y/o un ánodo más potente ya que de esta forma se garantiza que el equipo no se sobrecaliente en el día a día, evitando para el servicio por sobrecalentamiento o por cambio de tubo. Por dicha razón, ¿es correcto entender que se deberá ofertar un ánodo con una capacidad de dispersión de al menos 5100 KHU?	licitatorio, en participación conjunta y/o pedidos de las empresas licitantes que firmen el Convenio de Participación conjunta correspondiente. Id DEM: 5944, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con capacidad térmica de almacenamiento del ánodo de 2.5 MHU o mayor, o 2.4 MHU con una capacidad de dispersión del ánodo de 5100 KHU/min, como opción para el punto 2.5.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	pedidos, fianzas canceladas, escrito de liberación de fianzas, comprobantes de entrega, facturas y remisiones de entrega como documentos probatorios de los rubros de experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos, a nombre de ambas razones sociales, ¿se acepta?	en caso contrario solo será considerada para evaluación la documentación de la empresa licitante participante respecto a lo solicitado en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa. Id DEM: 6855, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar equipo con capacidad térmica de almacenamiento del ánodo de 2.5 MHU o mayor, o 2.4 MHU con una capacidad de dispersión del ánodo de 5100 KHU/min, como opción para el punto 2.5.2., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
279	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	5	4397	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar nuestro polígono que cuenta con sensibilidad de: 1, 2, 5, 1.2.5.10.20, 50 y 100 cm/ mV, lo cual no afecta la aplicación clínica del polígono y es un rango de medición más amplio de los solicitado, ¿se acepta?	Id DEM: 4397, Respuesta: Se acepta ofertar polígono con selección de selección de sensibilidad de: 1, 2, 5, 1.2.5, 10, 20, 50 y 100 cm/ mV como opción para el punto 3.2.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta considerando que en la última revisión de esta cédula celebrada en IMSS se definió en comité y en conjunto la siguiente especificación: 3.2.7 Selección de ganancia de 1/4, 1/2, 1, 2 y 4 cm/mV, lo cual fue aceptado y firmado por todos los participantes incluido Siemens HealthCare Diagnostics SA de CV, ¿se acepta?	Id DEM: 6856, Respuesta: No es correcta su apreciación. En la respuesta otorgada al licitante Siemens HealthCare Diagnostics SA de CV se da como opción para el punto 3.2.7., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
280	INTERNATIONAL EQUIPMENT JOB, S.A. DE C.V.	4	5146	Solicitamos amablemente a la convocante permita referenciar este punto como análisis de la frecuencia cardíaca (VFC), variabilidad de frecuencia cardíaca (VFC), avanzada, gráfico de dispersión (Vectocardiograma), histograma de intervalo NN y RR, apnea del sueño y analizador de la frecuencia respiratoria. ¿Se acepta?	Id DEM: 5146, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar este punto como gráfico de dispersión (Vectocardiograma), histograma de intervalo NN y RR, apnea del sueño y analizador de la frecuencia respiratoria, sin	Dado que la literatura entre los diversos fabricantes resulta variable, y con el propósito de demostrar documental que la tecnología propuesta cumple cabalmente con el numeral citado, se referenciará como "Gráfico de Lorenz" dado que dicho algoritmo realiza y despliega un gráfico de dispersión, histograma de intervalos R-R, entre otras funciones como gráficos de tendencia y listas en el dominio del tiempo y largo plazo, además de análisis de apnea del	Id DEM: 8857, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar como "Gráfico de Lorenz" algoritmo realiza y despliega un gráfico de dispersión (comprobando documental que corresponde a la función de vectocardiograma), histograma de intervalos R-R, entre otras funciones como gráficos de tendencia y listas en el dominio del tiempo y dominio de la frecuencia.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Código Código	Nombre y Razón Social del Postulante	Fecha de Cierre de Postulaciones	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	TEMPERATURA	RESERVA DE PREGUNTA	Fecha de Cierre
281	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	5	4885	EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR HAYA SIDO NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS POR LOS CUALES DESECHA NUESTRA SOLICITUD, Y EN CASO DE QUE EXISTIERA AUN UN ARGUMENTO TÉCNICO NEGATIVO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4200°K O MENOR, A 6000°K COMO MÁXIMO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 4885, Respuesta: Se solicitan 6000°K dado que es similar a un día muy soleado con cielo despejado, esto es en luz natural. Se acepta ofertar una temperatura de color de 4200°K o menor, a 6000°K como máximo como opción para el punto 4.2.4.2 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera, debiendo ofertar, probar documentalmente y demostrar, que la temperatura de color es variable.	UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 6000°K EN ADELANTE ES CONSIDERADA UNA TEMPERATURA FRÍA QUE SE TRADUCE EN TONALIDADES AZULES, LO CUAL NO REPRESENTARÍA LA LUZ DE UN DÍA MUY SOLEADO CON CIELO DESPEJADO DE UNA LUZ NATURAL, DE ESTA MANERA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE SIENDO SU VALOR MÁXIMO OFERTADO DE 5000 °K, LA CUAL YA ES EQUIVALENTE A LA LUZ DE UN DÍA MUY SOLEADO CON CIELO DESPEJADO DE UNA LUZ NATURAL. ¿SE ACEPTA?	gráficos 3D y análisis a largo plazo, además de análisis de apnea del sueño y frecuencia respiratoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6858, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria.	DEM
282	Maquet Mexicana, S. de R.L de C.V.	6	6338	ENTENDEMOS QUE OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3000 A 5000 GRADOS KELVIN NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO, DEBIDO A QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA CEDULA TECNICA. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6338, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR RESULTE NEGATIVA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAMPARA QUIRURGICA CON TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3900 A 5100 °K, ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6859, Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.2.4 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin, establecido en la presente convocatoria	DEM
283	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	6	4890	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LA INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA SEA REGULABLE HASTA 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE,	Id DEM: 4890, Respuesta: No es correcto. Se acepta ofertar una intensidad regulable en al menos 5 niveles con control	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA DEMOSTRAR LOS NIVELES DE INTENSIDAD LUMINOSA POR MEDIOS DE PORCENTAJES, QUE ES COMO SE ENCUENTRA DESCRITO	Id DEM: 6860, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.4.4 Intensidad luminosa homogénea en el Con fines de comprobación	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Contenido del ítem	Nombre y Razón Social del Licitante	Identificación del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SIENDO EL 100% 160,000 LUXES, ¿SE ACEPTA?	RESPUESTA REPREGUNTA	Fecha que atiende
284	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	6	5949	POR LO QUE SUGERIMOS SE CONSIDERE UNA INTENSIDAD REGULABLE EN AL MENOS 5 NIVELES CON CONTROL ENDOSCÓPICO COMO TODAS LAS MARCAS DE CALIDAD LO MANEJAN ¿ES CORRECTO?	endoscópico, como opción para el punto intensidad luminosa homogénea en el rango de 130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofrecer, documentalmente y demostrar que se encuentra variable en el rango de 130,000 a 160,000.	EN NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SIENDO EL 100% 160,000 LUXES, ¿SE ACEPTA?	documental como opción podrá DEMOSTRAR LOS NIVELES DE INTENSIDAD LUMINOSA POR MEDIOS DE PORCENTAJES, SIENDO EL 100% 160,000 LUXES, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofrecer, comprobar documentalmente y demostrar la intensidad luminosa homogénea a 1 metro o mayor de distancia de la fuente, que se solicita.	DEM
285	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	1	4567	¿Es correcto entender que, para el modo manual y DEA, se podrá desfilbrar tanto a un paciente adulto como a uno pediátrico (menor a 8 años o menor a 25 kg) con el mismo electrodo?	Id DEM: 5949, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.5.1 Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA), establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Se solicita a la convocante se considere un equipo que cuente con lo establecido en el numeral 2.1.5.1 (cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático) siendo este último disponible para pacientes adultos y pediátricos. ¿Se acepta?	Id DEM: 6861, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Equipo para desfibrilación manual, modo semiautomático (modo DEA), cardioversión, monitoreo continuo integrado y con sistema para aplicar marcapaso externo trasculáneo., descrito en el numeral 2.1.5 en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
285	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	1	4567	DICE: Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, cuyos anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante... PREGUNTA: Debemos entender que se entregará Carta de Apoyo del Fabricante o Filial en México o Titular del Registro Sanitario que respalde solidariamente al licitante en la	Id DEM: 4567, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	Conforme a la respuesta de la Convocante, debemos suponer que para la presente licitación no se debe presentar con Carta de apoyo del Fabricante o Filial en México o Titular del Registro Sanitario. Solicitamos a la Convocante la respuesta sea conforme al Artículo 33 bis de la Ley, es decir, de manera clara y precisa; ya que la respuesta dada al DEM 4567, no es de esta manera, toda vez que no da respuesta al cuestionamiento.	Id DEM: 6862, Respuesta: Se reitera que la carta de apoyo del Fabricante de los bienes o Filial en México o Titular del Registro Sanitario de los Bienes con objeto de manifestar el apoyo solidario del licitante, no es un requisito solicitado en la presente Convocatoria. Los licitantes participantes deberán asegurarse de contar con lo necesario para la presentación de su proposición técnica y en su caso, para el cumplimiento del contrato al cual se obliguen de resultar adjudicados. Por lo que se reitera que los licitantes deberán	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consejo Ciudadano de la Federación Mexicana de Estados Unidos	Nombre del Proveedor	Respuesta	Pregunta	ID DEM	Respuesta	Pregunta	Respuesta	Respuesta	Asesor
286	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de CV.	13	entrega oportuna de los Equipos ofrecidos. Lo anterior, para garantizar a la convocante que se cuenta con el equipo y se entregará en tiempo y forma en caso de resultar adjudicado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	4400	Id DEM: 4400, Respuesta: Es correcta su apreciación.	Entendemos que dicha confirmación tiene alcance tanto para transductor transesofágico e intracardiaco 2D y 4D (volumétrico). ¿Es correcto?	Id DEM: 6863, Respuesta: No es correcta su apreciación.	Id DEM: 6863, Respuesta: No es correcta su apreciación.	DEM
287	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	2	REFERENTE A LA RESPUESTA DADA A LA EMPRESA CORINDAL, S.A. DE C.V. III.2 CONDICIONES DE ENTREGA	3710	Respuesta: Se aclara que el objeto de la presente contratación es la Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017, por lo que las unidades médicas se encuentran en operación y en condiciones de recibir los bienes.	La sala destinada para recibir el equipo Partida No. 19 (Mastografía Digital de Campo Completo), en UMF 66 de Xalapa, Ver. Nte. Solo tiene 2 mts de ancho, espacio en donde no es adecuado instalar un Equipo de Mastografía. Los trabajos de ampliación los realizará el Instituto o por cuenta del Licitante Adjudicado?	Id DEM: 6864, Respuesta: No es correcta su apreciación, el presente proceso licitatorio es relacionado a equipos no asociados a obra. Se precisa que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros.	Id DEM: 6864, Respuesta: No es correcta su apreciación, el presente proceso licitatorio es relacionado a equipos no asociados a obra. Se precisa que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros.	DEM
288	SUMINISTRO PARA USO	3	REFERENTE A LA RESPUESTA DADA A LA EMPRESA CORINDAL, S.A. DE C.V.	3710	Respuesta: Se aclara que el objeto de la presente	Se hizo la visita y el levantamiento en el HGZ 83 Morelia, Michoacán, sin embargo se le cohibió	Id DEM: 6865, Respuesta: No es correcta su apreciación.	Id DEM: 6865, Respuesta: No es correcta su apreciación.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Curso Adquisición de equipo Médico	Nombre y Razón Social del Proveedor	Forma de pago	ID del pedido	PREGUNTA	RESPUESTA	RECEPCIÓN	REGISTRO/REGIMEN	Presupuesto ajustado
	MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.			III.2 CONDICIONES DE ENTREGA	contratación es la Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo Médico en Unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017, por lo que las unidades médicas se encuentran en operación y en condiciones de recibir los bienes.	al Ing. Que acudió que ese equipo de Mastografía No es para esta unidad, que ese equipo esta destinado para Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán. Favor de aclarar.	Se precisa que no hay modificaciones a los destinos y se corrobora con el anexo 1.4 "Guía de distribución y administradores de contrato".	
289	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	2	4854	Respecto a los equipos de origen nacional y a lo señalado en el punto "3)", en el último párrafo: ¿De ser el caso que algún equipo no requiera registro sanitario, no se debe presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación de ese equipo?	Id DEM: 4854, Respuesta: Es correcto. Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficio de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No.	Solicitamos a la Convocante nos reitere, en caso de algún bien de origen nacional no requiera Registro Sanitario no deberemos presentar Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, ¿Es correcto? No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley.	Id DEM: 6866, Respuesta: Se reitera que solo para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como "No requiere Registro Sanitario", para el equipo principal, el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto, incluyendo el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. En este mismo supuesto se ubica el equipo de cómputo. Asimismo se reitera que para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) en los términos solicitados en la presente Convocatoria.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Número Número	Nombre Nombre Nombre Nombre	Id Id Id Id	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Fecha
290	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	8	¿EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS Y EL TRIGGER O DISPARO POR FLUJO SE COMPENSARÁ AUTOMÁTICAMENTE PARA EL AJUSTE DE LA COMPENSACIÓN DE FUGA DEL FLUJO BASE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto. Id DEM: 5924, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es referenciar el numeral 2.7.4 Con sistema de compensación de fugas, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.4 establecido en la presente Convocatoria.	Solicitamos amablemente a la convocante reconsidere la integración del sistema de compensación de fugas y el trigger de disparo se compensará automáticamente. ¿Se acepta?	Id DEM: 6867, Respuesta: No se acepta su solicitud, la convocante requiere que el equipo a ofertar por los licitantes cumpla con lo descrito en la cédula de descripción del artículo para la "Partida 43 - Ventilador adulto-pediatrico", por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto Sin embargo, el licitante podrá ofertar sistema de compensación de fugas y el trigger de disparo se compensará automáticamente, toda vez que cumpla con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo, sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciar dicha característica para la Partida 43.	DEM
291	Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO, SA de CV	1	¿Es correcto entender que solo se deberá presentar los registros sanitarios de los accesorios, consumibles y componentes que se solicita de forma explícita en cada una de las cédulas técnicas, y no de todos los accesorios, consumibles y componentes como se define en el numeral 274.	Id DEM: 4700, Respuesta: No es correcto. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o	Solicitamos atentamente a la convocante se reconsidere la respuesta, entendemos que para los accesorios, consumibles y componentes que no requieren registro sanitario se deberá anexar el DOF, y para la documentación solicitada en el numeral "2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones", (ISO 13485, ISO 9001:2008 y certificados de calidad (FDA, CE, JIS, etc.) no será necesaria presentarla.	Id DEM: 6868, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a lo solicitado en el la convocatoria y lo que resulte de la o las junta(s) de aclaraciones. En caso de ofertar equipo de cómputo definido como equipo accesorio, el licitante podrá no entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos, para los "demás relacionados" con el bien, el licitante deberá presentar la documentación al respecto.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Comentarios del licitante	Número de registro del licitante	Nombre y dirección del licitante	Código del licitante	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA A PREGUNTA	Fecha de respuesta
					alguno de sus componentes, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideren como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte. Para el caso en el que el(los) bien(es) ofertado(s) requiera de algún accesorio o consumible adicional a los nombrados en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo", considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones y sea requerido para llevar a cabo su(s) función(es) u operación, éste deberá ser incluido en la descripción de su propuesta (Anexo No. 1.2 "Descripción		

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Ejecutivo Federal de Fomento Económico	Asesor Ejecutivo Federal de Fomento Económico	Rubro Banco de Materiales	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REVISADA	Asesor Ejecutivo Federal de Fomento Económico	
292	Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO, SA de CV	2	4759	ANEXO 1.6 RUBRO 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO SE NOS PERMITA PRESENTAR DICHA DOCUMENTACION POR FAMILIA O PRODUCTO SIMILAR, EN EL CASO DE QUE SE OFERTEN BIENES DE IGUALES CARACTERISTICAS EN PARTIDAS DISTINTAS, REFERENCIANDO DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACION A LA PARTIDA QUE PERTENECEN.	amplia y detallada de los bienes ofertados"), debidamente referenciado incluyendo marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s), así como dar cumplimiento, en su caso, con lo indicado en el numeral "2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia Especificaciones", de la presente Convocatoria.	Id DEM: 4759, Respuesta: No se acepta su solicitud de presentar contratos o pedidos por familia o por producto similar. Para acreditar el requisito de Experiencia y Especialidad deberá presentar contratos y/o pedidos de bienes de iguales o similares características a los bienes convocados, de acuerdo a la partida en la que pretenda participar.	Se solicita a la convocante amablemente aclarar si es correcta nuestra apreciación que para dar cumplimiento al Rubro 2 Experiencia y Especialidad se deberá presentar de 1 a 5 contratos o pedidos de bienes de iguales o similares características a los bienes convocados por cada partida en la cual se decida participar.	Id DEM: 6869, Respuesta: No se acepta su solicitud, para el Rubro 2.- Experiencia y especialidad del licitante descrito en el Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnico Administrativa se define lo siguiente: Para el Subrubro 2.1 Experiencia: El número mínimo requerido de contratos y/o pedidos formalizados, es de uno (1) y el número máximo es de cinco (5), en el periodo comprendido del 2010 al 2016 y para el subrubro 2.2 Especialidad: El número mínimo requerido de contratos o pedidos es de uno (1) y el número máximo es de tres (3), en el periodo comprendido del 2010 al 2016.	DEM
293	Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO, SA de CV	3	4669	Inciso 4.1.2 Debido a que varios catálogos y/o manuales superan las 2,000 hojas, se solicita amablemente a la convocante permita entregar únicamente las páginas referenciadas de los catálogos y/o manuales para dar cumplimiento a este punto ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 4669, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 4.1.2 " Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el	Solicitamos atentamente a la convocante aceptar para el cumplimiento de este punto que únicamente se presenten las páginas de referencia de los catálogos de cada partida, ya que no son exclusivos de un solo equipo y al ser de gran tamaño, al momento de escanearlos para adjuntarlos en el Sistema COMPRANET, nuestros archivos quedarían fuera del rango máximo aceptado por este, ¿se acepta la propuesta?	Id DEM: 6870, Respuesta: No se acepta su solicitud. A efecto de realizar el análisis integral y exhaustivo de su proposición, la documentación para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el	DEM	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Contenido del ítem	Temática o Razon Social del Licitador	Rango de la Licitación	Id DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Procedimiento
294	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	7	6345	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRANSARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6345, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.8. Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ACEPTAR SISTEMA FIADOR DE CHASISES PARA RADIOGRAFIA COMO OPCIONAL PARA EL PUNTO 3.1.8, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE DISPOSITIVO NOS PERMITIRÁ COLOCAR CHASISES DE CUALQUIER TAMAÑO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRANSARENTE, PARA DE ESTE MODO NO MOVER AL PACIENTE DURANTE LA CIRUGIA EN CASO REQUERIR IMAGENES RADIOGRAFICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6871, Respuesta: Se acepta ofertar SISTEMA FIADOR DE CHASISES PARA RADIOGRAFIA como opción para el punto 3.1.8 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
295	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	5889	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM. CON EL FIN DE	Id DEM: 5889, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no	REPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ASCENSO Y DESCENSO	Id DEM: 6872, Respuesta: Se acepta ofertar ASCENSO Y DESCENSO QUE CUBRE UN RANGO DE 66.5 A 96.5 CM	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Contenido del ítem	Nombre y Razón Social del Proveedor	Rango de precios	ID DEL ÍTEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REVISIÓN	RESUESTA REVISIÓN	Observaciones
	S.A. DE C.V.			PERMITIR MAYOR PARTICIPACION POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	refiere la altura propias del equipo a ofertar.		CON RESPECTO AL PISO, como opción para el numeral 2.12.1 Ascenso y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. ± 10 cm. Con respecto al piso, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	
296	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	8	6349	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRANSARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6349, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.9 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ACEPTAR SISTEMA FIJADOR DE CHASISES PARA RADIOGRAFIA COMO OPCIONAL PARA EL PUNTO 3.1.9, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE DISPOSITIVO NOS PERMITIRÁ COLOCAR CHASISES DE CUALQUIER TAMAÑO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRANSARENTE, PARA DE ESTE MODO NO MOVER AL PACIENTE DURANTE LA CIRUGIA EN CASO REQUERIR IMÁGENES RADIOGRÁFICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6873, Respuesta: Se acepta ofertar SISTEMA FIJADOR DE CHASISES PARA RADIOGRAFIA como opción para el punto 3.1.9 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
297	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	2	5890	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACION POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5890, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propias del equipo a ofertar.	REPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ASCENSO Y DESCENSO QUE CUBRE UN RANGO DE 66.5 A 96.5 CM CON RESPECTO AL PISO, LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA	Id DEM: 6874, Respuesta: Se acepta ofertar ASCENSO Y DESCENSO QUE CUBRE UN RANGO DE 66.5 A 96.5 CM CON RESPECTO AL PISO, como opción para el numeral 2.12.1 Ascenso y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. ± 10 cm. Con respecto al piso, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
298	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	9	6353	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRANSARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6353, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.8 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ACEPTAR SISTEMA FIJADOR DE CHASISES PARA RADIOGRAFIA COMO OPCIONAL PARA EL PUNTO 3.1.8, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE DISPOSITIVO NOS PERMITIRÁ COLOCAR CHASISES DE CUALQUIER TAMAÑO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRANSARENTE, PARA DE ESTE MODO NO MOVER AL PACIENTE DURANTE LA CIRUGIA EN CASO REQUERIR IMÁGENES RADIOGRÁFICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6875, Respuesta: Se acepta ofertar SISTEMA FIJADOR DE CHASISES PARA RADIOGRAFIA como opción para el punto 3.1.8 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
299	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	10	6354	DEBIDO A QUE ESTOS DOS ACCESORIOS FORMAN PARTE DE UN SOLO SISTEMA, SOLICITAMOS A LA	Id DEM: 6354, Respuesta: No es correcta su apreciación. La	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS	Id DEM: 6876, Respuesta: Se acepta OFERTAR SOPORTE APDOYA RODILLAS DE UNAS SOLA PIEZA.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Causa código registro del licito	Nombre Razón Social del licitante	Código quinta del licito	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Asesor técnico
300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	3	5891	CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA REFERENCIAR AMBOS PUNTOS EN UNA IMAGEN QUE DEMUESTRE AMBAS PARTES. ¿SE ACEPTA?	convocatoria permite en el numeral 4.1.2 el uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera. En el entendido que el licitante deberá demostrar el Rodillo para posición proctológica o soporte iliaco, solicitado en el numeral 3.1.9 y el apoya rodillas para posición proctológica con fijadores (2 piezas), indicado en el numeral 3.1.10. En este contexto, deberá ofertar y comprobar documentalmente 3 piezas.	PERMITA OFERTAR SOPORTE APOYA RODILLAS DE UNAS SOLA PIEZA, QUE ES LA TECNOLOGIA QUE OFRECE NUESTRO FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	como opción para el punto 3.1.10 Apoya rodillas para posición proctológica con fijadores, (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera; debiendo ofertar y comprobar documentalmente su funcionalidad para la posición proctológica e incluir los fijadores, (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).	
				SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACION POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5891, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propia del equipo a ofertar.	REPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ASCENSO Y DESCENSO QUE CUBRE UN RANGO DE 66.5 A 96.5 CM CON RESPECTO AL PISO, LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE	Id DEM: 6877, Respuesta: Se acepta ofertar ASCENSO Y DESCENSO QUE CUBRE UN RANGO DE 66.5 A 96.5 CM CON RESPECTO AL PISO, como opción para el numeral 2.12.1 Ascenso y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. ± 10 cm. Con respecto al piso,	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Registro Código	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha Presentación de la Oferta	ID DE LA Oferta	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Observaciones Adicionales
301	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	11	6364	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6364, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.8 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), en la presente convocatoria.	PARTICIPACION SIN SER OBLIGATORIO OFERTARLO PARA LOS DEMAS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA	sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
302	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	12	6373	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6373, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.7 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ACEPTAR SISTEMA FIJADOR DE CHASIS PARA RADIOGRAFIA COMO OPCIONAL PARA EL PUNTO 3.1.7, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE DISPOSITIVO NOS PERMITIRÁ COLOCAR CHASIS DE CUALQUIER TAMAÑO POR DEBAJO DE LA PLACA RADIOTRASPARENTE, PARA DE ESTE MODO NO MOVER AL PACIENTE DURANTE LA CIRUGIA EN CASO REQUERIR IMÁGENES RADIOGRÁFICAS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6879, Respuesta: Se acepta ofertar SISTEMA FIJADOR DE CHASIS PARA RADIOGRAFIA como opción para el punto 3.1.7 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
303	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	4	5693	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, TOLERANCIA ADICIONAL DE 5 CM CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACION POR PARTE DE OTROS PROVEEDORES Y FABRICANTES	Id DEM: 5693, Respuesta: No se da respuesta puntual, toda vez que no refiere la altura propias del equipo a ofertar.	REPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ASCENSO Y DESCENSO QUE CUBRE UN RANGO DE 66.5 A 96.5 CM CON RESPECTO AL PISO, LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA	Id DEM: 6880, Respuesta: No se da respuesta puntual, toda vez que el planteamiento no se vincula con la características del equipo solicitado.	DEM
304	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	13	6369	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA OFERTAR SOPORTE FIJADOR DE CHASIS QUE NOS PERMITIRÁ SUJETAR EL CHASIS RADIOLOGICO POR DEBAJO DE LA PLACA	Id DEM: 6369, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1.9 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), en la presente convocatoria.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ACEPTAR SISTEMA FIJADOR DE CHASIS PARA RADIOGRAFIA COMO OPCIONAL PARA EL PUNTO 3.1.9, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE DISPOSITIVO NOS PERMITIRÁ COLOCAR CHASIS DE CUALQUIER TAMAÑO POR DEBAJO DE LA	Id DEM: 6881, Respuesta: Se acepta ofertar SISTEMA FIJADOR DE CHASIS PARA RADIOGRAFIA como opción para el punto 3.1.9 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código Código Código Código	Nombre Nombre Nombre Nombre	Rango Rango Rango Rango	Id Id Id Id	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Id Id Id Id
305	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	5	5894	RADIOTRASPARENTE DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	marca y modelo y/o número de catálogo), establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 5894, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la altura propia del equipo a ofertar.	PLACA RADIOTRASPARENTE, PARA DE ESTE MODO NO MOVER AL PACIENTE DURANTE LA CIRUGÍA EN CASO REQUERIR IMÁGENES RADIOGRÁFICAS, ¿SE ACEPTA?	para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
306	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	6	5895	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCAANTE, PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA CON TOLERANCIA DE 4 GRADOS YA QUE UNA ELEVACION MAYOR A 30 GRADOS ES RIESGO DE TRAUMA CRANEOENCEFALICO Y AGRAVA EL EDEMA CEREBRAL EN EL PACIENTE.	Id DEM: 5895, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.12.4 Trendelenburg de 0 a -30 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.	REPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCAANTE NOS PERMITA OFERTAR TRENDLENBURG DE 0 A -26 GRADOS LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA	Id DEM: 6883, Respuesta: Se acepta ofertar TRENDLENBURG DE 0 A -26 GRADOS, como opción para el numeral 2.12.4 Trendlenburg de 0 a -30 grados o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
307	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	7	5896	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCAANTE, TOLERANCIA DE 4 CM CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ANTE CAIDAS, SIENDO NECESARIO EN EL CASO DE UNA ELEVACION MAYOR, UN ACCESORIO PARA SOPORTE DE PIES LO CUAL INCREMENTARIA EL COSTO EN EL EQUIPO PARA LA CONVOCAANTE.	Id DEM: 5896, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.12.5 Trendelenburg inverso de 0 a 30 grados o mayor, establecido en la presente convocatoria.	REPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCAANTE NOS PERMITA OFERTAR TRENDLENBURG DE 0 A 26 GRADOS LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA	Id DEM: 6884, Respuesta: Se acepta ofertar TRENDLENBURG inverso DE 0 A 26 GRADOS, como opción para el numeral 2.12.5 Trendlenburg inverso de 0 a 30 grados o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
308	COMERLAT, S.A. DE C.V.	3	5163	DICE: Pantalla plana interconstruida LCD o TFT de 15" o mayor. PREGUNTA: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: Pantalla plana fija al equipo de 12" o mayor, esto con el fin de no incrementar las propuestas económicas y ofrecer las mejores condiciones a la dependencia. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Id DEM: 5163, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.16. Pantalla plana interconstruida, establecido en la presente convocatoria.	Debido a que el objeto de esta licitación es en gran parte el generar ahorros para el instituto, el solicitar accesorios que no representan una verdadera ventaja clínica, tecnológica y/o en el flujo de trabajo y que por lo tanto únicamente encarecen las propuestas además de que limitan la libre participación, solicitamos a la convocante reconsiderar la respuesta otorgada a mi representada y nos permita ofertar." Pantalla plana fija al equipo de 12" o mayor", lo cual cubre	Id DEM: 6885, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, solicitada en el numeral 2.16. Pantalla plana interconstruida, establecido en la presente convocatoria	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Número Código del Índice	Nombre y razón social del licitante	Número Punto del Índice	PREGUNTA	RESPUESTA	REGUNTA	RESPUESTA REGUNTA	Indicador adecuado	
309	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	1	5681	Solicitan ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, en el entendido que las salas de operaciones tienen varias medidas de alturas de piso a techo y en ocasiones la altura es de menos de 3 metros de altura y al tener un abatimiento de +45° esto puede ocasionar golpes en la cúpula de la lámpara con el techo o con otros equipos médicos, solicitamos poder ofertar una lámpara con un abatimiento de +/- 48° o mayor. ¿Se Acepta?	Id DEM: 5681, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, establecido en la presente convocatoria.	las especificaciones para las cuales están diseñados estos equipos y no afecta la solvencia de la propuesta, ya que este requerimiento no representa una ventaja técnica o clínica justificable. Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 6886, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor, establecido en la presente convocatoria. Adicionalmente, se solicita atender a lo establecido en la Precisión Técnico Médica No. 5, referente al numeral 5.2.9 Visitas a las instalaciones.	DEM
310	COMERLAT, S.A. DE C.V	12	5425	En la especificación se menciona que se deberá incluir sistema de fijación para cada monitor, ya sea soporte rodable o soporte de camilla o montaje a pared en función de la necesidad de cada unidad médica por lo que solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos indique las cantidades y tipos de soportes para cada unidad o el total de cada tipo. Favor de aclarar.	Id DEM: 5425, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared o soporte rodable con sistema de frenos (en relación a la necesidad de la unidad hospitalaria), para el numeral 3.6 en la presente cédula de descripción del artículo.	Consideramos que la respuesta otorgada a la empresa GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. no es lo suficientemente clara, por lo cual solicitamos a la convocante amablemente aclarar en qué unidades requerirá montaje de pared y en cuáles requerirá soporte rodable. Esto es indispensable para que todas las empresas podamos hacer una propuesta económica más competitiva y en igualdad de condiciones. Favor de responder puntualmente a la pregunta.	Id DEM: 6887, Respuesta: Se refiere que las unidades de destino final de los bienes serán las que definirán, con quien resulte adjudicado en la presente partida, si requieren de montaje de pared o soporte rodable, conforme a las necesidades que en su caso le definen cada una de ellas. Se estima que dicha característica solicitada, no es factor determinante para el licitante para la definición de su proposición económica, al no existir variación significativa entre uno u otro.	DEM
311	Distribuidora de Dispositivos Médico de México, S.A. de C.V.	1	4588	Anexo No. 1.6 Criterios de Evaluación Técnico - Administrativa Para acreditar la experiencia y especialidad, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar Contratos y/o Pedidos de características similares para permitir la libre participación y dar cumplimiento al citado rubro. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Respuesta: No se acepta su solicitud y no se acepta presentar contratos y/o pedidos de todo tipo de equipo médico. Para acreditar el requisito de los subrubros Experiencia y Especialidad deberá presentar contratos y/o pedidos de bienes de iguales o similares características a los bienes convocados, de acuerdo a	Solicitamos a la convocante presentar Contratos y/o pedidos que en la descripción de la compra específica el equipo de la misma naturaleza del bien que estamos ofertando aunque el objeto del contrato sea la Adquisición de Equipo Médico, ¿se acepta?	Id DEM: 6888, Respuesta: Se acepta su solicitud siempre que el contrato presentado describa claramente que el bien que ampara acreditar el requisito de los subrubros Experiencia y Especialidad, es decir, de bienes de iguales o similares características a los bienes convocados, de acuerdo a la partida en la que pretenda participar conforme a lo requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Asimismo se reitera que no se acepta	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Código Código	Nombre - Razón Social del Licitante	Fecha suma de Licitación Id	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECEPCIÓN	RESUESTA A PREGUNTA	¿Se tiene?
312	COMERLAT, S.A. DE C.V	13	5131	Dice: Incluir accesorios para llevar a cabo la comunicación por vía inalámbrica. Debemos entender que se deberá ofertar los accesorios necesarios para realizar la comunicación entre monitor de signos vitales y una central de monitoreo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	la partida en la que pretenda participar, deberán ser de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Id DEM: 5131, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere los accesorios necesarios para realizar la comunicación por vía inalámbrica. monitores de signos vitales de la misma marca y modelo y/o una central de monitoreo.	Debemos entender las empresas que ofertan esta partida deberán incluir los accesorios necesarios para realizar la comunicación entre monitor de signos vitales y una central de monitoreo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6889, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se precisa que la convocante requiere los accesorios necesarios para realizar la comunicación por vía inalámbrica. entre monitores de signos vitales compatibles o de la misma marca y modelo y/o una central de monitoreo.	DEM
313	COMERLAT, S.A. DE C.V	14	5150	Dice: Volumen minuto (l/min). Debemos entender que el volumen minuto monitorizado sea para ventilación convencional, teniendo en cuenta que el volumen minuto en alta frecuencia es = (volumen tidal)*Frecuencia respiratoria (Hz). ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5150, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2.5 Volumen minuto, del numeral 2.3.2. Parámetros monitorizados, establecido en la presente convocatoria.	Entendemos la importancia del volumen minuto, ya que es directamente proporcional al barrido de Co2, el cual lo podemos evidenciar en ventilación convencional, parámetro poco usado en Alta Frecuencia debido a que cambios mínimos en Frecuencia o Volumen significan cambios exponenciales en este parámetro medido (Volumen minuto), por lo tanto solicitamos este parámetro se considere como opcional ¿Se acepta?	Id DEM: 6890, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que la licitante requiere que se oferte un equipo que cumpla con lo solicitado en el numeral 2.3.2.5 Volumen minuto, establecido en la presente convocatoria.	DEM
314	COMERLAT, S.A. DE C.V	15	5150	Dice: Volumen minuto (l/min). Debemos entender que el volumen minuto monitorizado sea para ventilación convencional, teniendo en cuenta que el volumen minuto en alta frecuencia es = (volumen tidal)*Frecuencia respiratoria (Hz). ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5150, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.2.5 Volumen minuto, del numeral 2.3.2. Parámetros monitorizados, establecido en la presente convocatoria.	Considerando la importancia del volumen minuto, entendemos que se refiere a Stroke Volume (Volumen de desplazamiento del pistón) para el modo ventilatorio de alta frecuencia. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6891, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es ofertar y referenciar un equipo que cuente con la capacidad de monitorizar Volumen minuto, acorde a lo solicitado en el numeral 2.3.2.5 Volumen minuto (l/min), establecido en la presente convocatoria. El licitante deberá ofertar un equipo que permita realizar la monitorización del Volumen	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Concepto Código Descripción	Nombre del Licitador Socios del Consorcio	Fecha de Exposición	ID DE CEN	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA RE-NEGOTIA	Área del Interés
315	COMERLAT, S.A. DE C.V.	16	5153	Dice: Volumen minuto alto y bajo. Debemos entender que el volumen minuto alto y bajo visualizado en alarmas aplique para ventilación Convencional, ya que estos valores son utilizados en este tipo de ventilación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 5153, Respuesta: No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.4.7 Volumen minuto alto y bajo, del numeral 2.3.4 Alarmas, establecido en la presente convocatoria.	Considerando la importancia del volumen minuto, entendemos que se refiere a ajuste de alarmas de Stroke Volume alto y bajo (Volumen de desplazamiento del pistón) para el modo ventilatorio de alta frecuencia. ¿Es correcta nuestra apreciación?	minuto en l/min. Id DEM: 6892, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante es ofertar y referenciar un equipo que cuente con Alarma para Volumen minuto alto y volumen minuto bajo, acorde a lo solicitado en el numeral 2.3.4.7 Volumen minuto alto y bajo, del numeral 2.3.4 Alarmas, establecido en la presente convocatoria. El licitante deberá ofertar un equipo que tenga niveles de alarma para el volumen minuto bajo y el volumen minuto alto del ventilador descrito en la "Partida 46 - Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal"	DEM
316	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	3	4854	Respecto a los equipos de origen nacional y a lo señalado en el punto "3)", en el último párrafo: ¿De ser el caso que algún equipo no requiera registro sanitario, no se debe presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación de ese equipo?	Id DEM: 4854, Respuesta: Es correcto. Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como para "Equipo Médico" como "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficina de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario	Solicitamos a la Convocante nos aclare para los bienes de producción nacional, para el caso de Lámpara quirúrgica doble, Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Cirugía General), Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Ginecología), Mesa Quirúrgica Electrohidráulica (Para Proctología), Mesa quirúrgica universal avanzada (para neurocirugía y laminectomía), Mesa quirúrgica universal avanzada (para ortopedia y traumatología), Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Cirugía General), Mesa Quirúrgica Universal Mecánico Hidráulica (Para Ginecología) y que el fabricante cuente solamente con el ISO 9001, el cual no garantiza la calidad de la fabricación de los bienes, ¿De qué manera la Convocante garantizará la calidad de los bienes? No aceptando respuestas como: "Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases de la convocatoria, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para el Instituto." Toda vez que este tipo de respuestas no es como lo indica el Artículo 33 bis de la Ley. Ya que el cuestionamiento es motivo de la convocatoria no	Id DEM: 6893, Respuesta: Se reitera que solo para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como "No requiere Registro Sanitario", para el equipo principal, el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto, incluyendo el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. En este mismo supuesto se ubica el equipo de cómputo. Asimismo se reitera que para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) en los términos solicitados en la presente Convocatoria.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Oferta	Nombre o Razón Social del Proponente	Fecha de la Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPETIDA	Área que cubre
317	COMERLAT, S.A. DE C.V	20	5147	Para asegurar la compatibilidad informática entre el formato de los estudios y los Sistemas de información como Expedientes clínicos electrónicos, solicitamos requerir que los estudios puedan generarse en al menos los siguientes formatos: PDF, HL7, SNTL y XML. ¿Se acepta?	para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto. Id DEM: 5147, Respuesta: Se acepta ofertar Capacidad de transmisión de los estudios por vía electrónica en al menos los siguientes formatos: PDF, HL7, SNTL y XML como opción para el punto 2.5 Capacidad de transmisión de los estudios por vía electrónica, sin ser obligatorio para los demás licitantes haberlo de esta manera.	Derivado a la respuesta realizada a mi representada solicitamos a la convocante requerir que los sistemas de monitoreo ECG continuo y ambulatorio tengan la capacidad de comunicarse entre ellos y formen una red de expediente cardiológico que favorezca el diagnóstico clínico a distancia y facilite el flujo de la información en caso de que el paciente requiera ser referido a un centro de alta especialidad. Se acepta?	Id DEM: 6894, Respuesta: Se acepta ofertar sistema de monitoreo ECG continuo y ambulatorio con capacidad de comunicarse entre ellos y formar una red de expediente cardiológico como opción para el punto 2.5 Capacidad de transmisión de los estudios por vía electrónica, sin ser obligatorio para los demás licitantes haberlo de esta manera.	DEM
318	COMERLAT, S.A. DE C.V	21	3681	Se solicita a la convocante que no se deban ofertar propuestas conjuntas, especialmente con empresas extranjeras. Por la cantidad de los equipos a ofertar, la empresa adjudicada deberá tener un amplio conocimiento de la infraestructura del Instituto y un soporte técnico con atención inmediata a nivel local, con el fin de garantizar una rápida respuesta a los reportes y una pronta resolución a la causa del llamado. Al realizar propuestas conjuntas, no se le asegura al instituto que la empresa responsable de la instalación, la empresa encargada de otorgar el servicio técnico al equipo y capacitación al personal y el centro de atención al cliente para el levantamiento de reportes técnicos sea la misma, impidiendo una correcta comunicación con el proveedor ¿Se acepta?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no se acepta el planteamiento, porque de conformidad con los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 44 de su reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad,..." y "En las licitaciones públicas se aceptarán proposiciones conjuntas".	De acuerdo a la respuesta otorgada al proveedor Electrónica y Medicina, S.A., debemos entender que la participación conjunta entre dos o más empresas de origen nacional o extranjero? Es correcta nuestra apreciación?	No obstante no es clara la pregunta, en atención a la misma, resulta procedente señalar que la participación conjunta puede darse entre empresas nacionales y extranjeras. Lo anterior, sin perjuicio de que los bienes que ofrezcan deberán cumplir con las reglas de origen que prevalean en los tratados. Las disposiciones vigentes en la materia atienden al ORIGEN DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN, por lo que deberá cumplir con lo dispuesto por las reglas 5.2.1. o 5.2.2., de las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", la cual dispone que los licitantes deben manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, que:	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código Código República Línea	Nombre y Razón Social Código	Acta de Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTA	RESPUESTA REPRESENTA	Acta de Licitación
319	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	4	4700	¿Es correcto entender que solo se deberá presentar los registros sanitarios de los accesorios, consumibles y componentes que se solicita de forma explícita en cada una de las cédulas técnicas, y no de todos los accesorios, consumibles y componentes como se define en el numeral 274.	Id DEM: 4700, Respuesta: No es correcto. Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insuños para la Salud. Para aquellos Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes y/o consumibles, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá	Para los accesorios y consumibles descritos a continuación, y debido a las características y uso de los mismos: • UPS • CD • DVD • Papel bond u hojas para impresoras / rollos de papel • CD-RW • Impresora láser/registradores térmicos • Regulador de voltaje con no break • Mampara móvil de acrílico y una suspendida al techo en equivalencia al plomo • Cortinas de plomo para la mesa • Sujetadores y bandas de compresión • Tapete de soporte lumbar o anti fatiga • Baterías alcalinas • Electrodo desechables • Cables troncales • Sensores • Brazaletes • Cartuchos de tinta para impresoras • Accesorios para comunicación por vía	"5.2.1. Los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, conforme al formato del Anexo 1; o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio," utilizando al formato del Anexo 6 de la Convocatoria. "5.2.2. Los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda," conforme al formato del Anexo 7 de la Convocatoria.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código Código Código Código	Nombre y Domicilio de la Empresa	Clave Código	REQUERIDA	RESUESTA	DESCRIPTIVA	RESUESTA REQUERIDA	Fecha Inicia
				<p>presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado identificando aquellos que oferte. Para el caso en el que el(los) bien(es) ofertado(s) requiera de algún accesorio o consumible adicional a los nombrados en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo", considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones y sea requerido para llevar a cabo su(s) función(es) u operación, éste deberá ser incluido en la descripción de su propuesta (Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", debidamente referenciado incluyendo marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • inalámbrica • Mascanillas desechables • Soportes para monitores • Pasta o gel conductor • Gel para ultrasonido • Sellos de garantía para carro rojo • Tarjetas de memoria y cables de conexión para computadora • Focos por lámpara • Fundas protectoras para transductores • Pantallas • Domo desechables para presión invasiva • Trampas de agua, líneas de muestreo, adaptador endotraqueal • Nalg artificial • Asa y soporte para camilla 		
				<p>Es correcto entender que únicamente se deberá presentar el catálogo referenciado. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>			

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Número Índice Unidad	Nombre completo del licitante	Baja guía del licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Id DEM
320	COMERLAT, S.A. DE C.V	22	4577	DICE: Numeral 5.4.14, PREGUNTA: Solicitamos a la convocante que para evitar que los documentos no sean legibles a simple vista imposibilitando el análisis integral de la proposición, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición, habilite el campo de anexos adicionales. ¿Se acepta?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que no se acepta el planteamiento, sin embargo se precisa que se ha configurado en la plataforma Compranet, un parámetro para cada uno de los numerales solicitados en la presente convocatoria.	así como dar cumplimiento, en su caso, con lo indicado en el numeral "2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia Especificaciones", de la presente Convocatoria.	De acuerdo a los parámetros habilitados (Z0, Z1, Z2, Z3) para la documentación relativa a puntos o porcentajes. Solicitamos reconsiderar su respuesta otorgada a mi representada para que se habilite el campo de anexos adicionales. Toda vez que mi representada participará con más de 5 partidas y como usuarios de la plataforma COMPRANET 5.0 sabemos que esto podría poner en riesgo la carga de los documentos requeridos. Favor de considerar su negativa.	En atención a la pregunta, resulta procedente señalar que el sistema Compranet, está habilitado en la parte relativa a este procedimiento de contratación, con las secciones y parámetros necesarios para almacenar cada uno de los documentos requeridos por partida completos y legibles, por tanto, resulta innecesario habilitar el campo de anexos adicionales.	DEM
321	CONDUIT LIFE S.A. DE V.C.	1	4936	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben de contar con una fuente de respaldo por normatividad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta en que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable	Id DEM: 4936, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 Con batería interna recargable., 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., 2.3.17.2 Con cargador interconstruido., 2.3.17.3 indicador de bajo nivel en pantalla., establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	Entendemos entonces que debido a que las necesidades del área médica son contar con un respaldo de emergencia y de esta forma evitar cualquier imprevisto deberemos ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos, así aumentando la capacidad de rendimiento operativo de los equipos a ofertar. ¿Es correcto?	Id DEM: 6898, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Id DEM: 6898, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

No. LA-019GYR040-E8-2017




MEXICO
COMUNISMO EN LA REVOLUCION

Código Categoría Número Grupo	Nombre y Razón Social del Licitante	Revisó guía del Licitante B	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA RESPUESTA	Area que atenderá
322	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	5	5717	convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes. ¿se acepta? Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar una matriz de 1MP o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5717, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.2. Matriz de 2 MP o mayor, establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 6899, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.9.2. Matriz de 2 MP o mayor, establecido en la presente convocatoria.	DEM
323	Productos Servicios Integrales Especializados XOCO, SA de CV	4	4676	¿SE REFIERE ÚNICAMENTE PARA LA PARTE DE LA CONVOCANTE? Es decir este numeral solo describe que para efectos de revisión de las propuestas la convocante no imprimirá todos los documentos únicamente la descripción técnica y la propuesta económica. Queda claro que por parte de los licitantes si se rubricaran todas y cada una de las propuestas de manera autografa, para ser escaneadas y así subirías al portal. Favor de precisar.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que es correcto el planteamiento. De conformidad con el numeral 3.7 Rúbrica en documentos en el acto de presentación y apertura de proposiciones, "...la(s) proposición(es) económica(s) Anexo No. 5 se imprimirá(n) y rubricará(n) por el servidor público que presida el acto de conformidad con el artículo 35, fracción II de la LAAASP."	En atención a la pregunta formulada resulta procedente señalar que conforme al número 3.3. de la propia convocatoria: Los licitantes deberán enviar su proposición firmada electrónicamente, conforme al proceso que se detalla en el numeral 6.3 "Envío y firma de proposiciones" (páginas 65 a 93) de la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet", disponible en la página de CompraNet 5.0, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LAAASP y 50 de su Reglamento, así como numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ACUERDO), en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, siendo para los licitantes	DEM

Página 170 de 219


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Clave de registro propiedad intelectual	Nombre y Razón Social del licitador	Fecha de Expiración del registro	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REQUERIMIENTO	REQUERIDA REPREGUNTA	Fecha de cierre
324	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	5	6239	Solicitamos a la convocante considere un tamaño de pantalla de 12" pulgadas o mayor, lo anterior para poder desplegar todos los parámetros ventilatorios y las curvas solicitadas de una manera distribuida para que el personal médico pueda evaluar las curvas y parámetros muy claros y pueda tomar decisiones más rápidas, ¿se acepta?	Id DEM: 6239, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.2.3 Tamaño mínimo de 10" (25 cm) o mayor, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR NUESTRA PARTICIPACIÓN, PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PANTALLA DE ALTA TECNOLOGIA WXGA DE 13.3 PULGADAS, CON UNA RESOLUCIÓN DE 1280X800. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6901, Respuesta: Acoorde a lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo, para los numerales 2.2, 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 se solicita que el equipo a ofertar cuente con una pantalla Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED, a color, con un tamaño mínimo de 10" (25 cm) o mayor, por lo que se acepta ofertar pantalla de alta tecnología WXGA de 13.3 pulgadas, con una resolución de 1280x800, como opción para el punto 2.2.3 Tamaño mínimo de 10" (25 cm) o mayor, de la	DEM
							nacionales, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y para licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de CompraNet que genera el mismo sistema, siendo la única manera de legitimar el consentimiento de los licitantes para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho sistema. En consecuencia los licitantes no están obligados a rubricar todas y cada una de las propuestas de manera autógrafa para ser escaneadas y subidas al portal, sin que ello sea impedimento que si lo consideran oportuno, las rubriquen de esa forma. Por tanto, la presentación a través del sistema CompraNet de la propuesta técnica, económica y documentación legal-administrativa sin rubrica, pero firmada electrónicamente, no es causa de su desechamiento.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras. Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Clave de Registro	Nombre y Razón Social del Proveedor	Región	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA RELEGADA	Forma de Pago	
325	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	12	6027	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA UN REQUERIMIENTO EL CONTAR CON BATERIAS YA QUE ESTABLECE UNA DIFERENCIA ECONOMICA SIGNIFICATIVA, LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION AL NO FAVORECER ECONOMICAMENTE A TODOS LOS PARTICIPANTES, DEJANDO A LA PROVEEDURIA EN CONDICIONES DESIGUALES.	Instituto.	Id DEM: 6027, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10. Con o sin baterías, establecido en la presente convocatoria.	Amablemente solicitamos a la convocante reconsidere la respuesta proporcionada. Tomando en consideración que poseer baterías le permite garantizar el uso continuo del sistema, considerando que los equipos de rayos X móviles son los encargados de dar soporte a unidades críticas y por ende paciente críticos, por lo que es importante poseer este servicio de forma continua. Por lo anterior, las baterías no solo proporcionan una ventaja técnica sino una ventaja clínica. Adicionalmente un equipo con baterías requiere de un mayor nivel tecnológico por ende al ser superior, requiere de otros parámetros técnicos que lo hace estar por encima de equipos que no las posee. Por último solo con el simple hecho de poseer baterías, el equipo requiere componentes adicionales como por ejemplo: Motor, etc. Lo que hace que los fabricantes inviertan en más y mejores componentes lo que implica una mayor inversión, lo que de forma automática todas las casas representadas que poseemos esta característica en nuestros equipos estamos en una clara desventaja económica frente a la equipos que proporcionan una adquisición atada a la alimentación eléctrica, por lo que en el espíritu de proporcionar igualdad de condiciones a los oferentes, sea establecido como obligatorio el requerimiento de baterías, ya que en el mercado hay más de tres marcas que poseen esta característica. ¿Se acepta?	"Partida 43 - Ventilador adulto-pediatrico", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6902, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.10. Con o sin baterías, establecido en la presente convocatoria	DEM
326	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	1	3710	REFERENTE A LA RESPUESTA DADA A LA EMPRESA CORINDAL, S.A. DE C.V. III.2 CONDICIONES DE ENTREGA	Respuesta: Se aclara que el objeto de la presente contratación es la Adquisición de Equipo Médico para cubrir las necesidades del Programa de Sustitución de Equipo	Después de realizar las vistas para la Partida No. 19 (Mastografía Digital de Campo Completo) a las siguientes unidades nos informan que no cuentan con áreas adecuadas para recibir los equipos: 1.- El H.G.Z.M.F. No. 8 Ciudad Sahagún, HGO. 2.- H.G.Z.M.F. No. 5 Tula de Allende, HGO. Solicitamos atentamente, ¿nos	Id DEM: 6903, Respuesta: No es correcta su apreciación, el presente proceso licitatorio es relacionado a equipos no asociados a obra. Se precisa que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de	DEM	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo de Registro	Nombre o Razón Social del Participante	Edad del Participante	ID del Participante	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA A REPREGUNTA	Alcance de la pregunta
327	SAVARE MEDIKA, S.A DE C.V.	3	4729	4.1.6 EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA. MI REPRESENTA NO OFERTARÁ PARTIDAS DE ESTA ESPECIALIDAD, POR LO QUE, ENTENDEMOS QUE PODEMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO APLICA A MI REPRESENTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Id DEM: 4729, Respuesta: No es correcta su apreciación. En caso de ofertar equipos de imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de	Indiquen si existe un proyecto para contar con áreas para recibir los equipos y cuales serán los alcances.	su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros. Se aclara que el el licitante deberá realizar un levantamiento físico en carta una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas. En atención a su repregunta resulta procedente señalar que es correcto su planteamiento.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Concepto Código Referencia	Nombre y Razón Social del licitante	Fecha de otorga del contrato	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Acuerdo moneda
328	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	6	4133	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO CON CONTROL Y AJUSTE DE PEEP/CPAP DE 2 CMH2O A 50 CMH2O, DONDE SE INCLUYE EL VALOR DE 0 COMO APAGADO. ¿SE ACEPTA?	garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. En ese contexto, en caso de ofertar equipos en los que no se indique solicite DICOM CONFORMANCE STATEMENT en la Cédula de Descripción de Artículo (Anexo 1.1), el licitante no requiere presentar documentación alguna. Id DEM: 4133, Respuesta: Se acepta ofertar ajuste de PEEP/CPAP de 2 cmH2O a 50 cmH2O como opción para el punto 2.3.10 PEEP/CPAP (cmH2O), 2.3.10.1 Límite inferior: 1 o menor, 2.3.10.2 Límite superior: 35 o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.			DEM
329	Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO, SA de CV	5	5943	Entendemos que el Instituto requiere un detector plano de uso multipropósito para cardiología, vascular y neurología, debido a que un detector de tamaño 30 cm x 30 cm es exclusivo para la convocante requieran en bases un detector de mínimo 29 cm x 38 cm o de mayor tamaño que le permita realizar procedimientos endovasculares, aneurismas aórticos, entre otros, sin que implique mayores radiaciones para el paciente y el médico, así como el uso de menos medio de contraste por estudio. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5943, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3 Detector plano con dimensiones 30 X 30 cm (11" x 11") o mayor, con al menos tres campos de entrada o zoom y una matriz de 1024 X 1024 o mayor y 14 bits, establecido en la presente convocatoria.			DEM
330	SAVARE	4	4730	4.1.7 VISITA A LAS INSTALACIONES. MI	Id DEM: 4730, Respuesta:	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA	En atención a su repregunta resulta	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Conte- nido del Reque- rido	Nombre y Razón Social del Licitante	Forma de Pago	Id del Reque- rido	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	¿Se acepta como
331	MEDIKA S.A. DE C.V.		5945	REPRESENTA OFERTARA PARTIDAS QUE DE ACUERDO AL "ANEXO 1.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO", NO REQUIERE DE VISITA A LAS INSTALACIONES, ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO APLICA A MI REPRESENTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	No se acepta su solicitud. De conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria, "...Para las claves identificadas con la leyenda "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Visita a Instalaciones" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante podrá optar por realizar la visita a las instalaciones Institucionales o bien, presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones"...". Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias..."; Partida 1 Angiógrato arco monoplanar, Partida 2 Mastografía digital de campo completo. En ese contexto, en caso de ofertar equipos que no requieran la documentación solicitada, el licitante no requiere presentar documentación alguna.	A SAVRE MEDIKA, ENTENDEMOS QUE EL NO ADJUNTAR NINGUN DOCUMENTO AL PARAMETRO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO, EL SISTEMA NOS PERMITIRÁ ENVIAR LA PROPUUESTA SIN NINGUN INCONVENIENTE, ASÍ COMO DEJARNOS FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE LA MISMA. ¿ES CORRECTO?	procedente señalar que es correcto su planteamiento.	DEM
				Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar este punto como capacidad térmica del ánodo de 2.4 MHU con capacidad de disipación de enfriamiento de 910 kHU/min y de calor	Id DEM: 5945, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria /	Solicitamos atentamente a la convocante reconsiderar su respuesta, y permitimos referenciar este punto como capacidad térmica del ánodo de 2.4 MHU con capacidad de disipación de enfriamiento de 910 kHU/min y de calor del ánodo de 11.000	Id DEM: 6908, Respuesta: Se acepta referenciar capacidad térmica del ánodo de 2.4 MHU con capacidad de disipación de enfriamiento de 910 kHU/min y de calor del ánodo de 11.000	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Código Número Número	Nombre y Razón Social del Licitante	Forma gubernamental Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Id DEM
332	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	4	4854	Respecto a los equipos de origen nacional y a lo señalado en el punto "3", en el último párrafo: ¿De ser el caso que algún equipo no requiera registro sanitario, no se debe presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación de ese equipo?	Id DEM: 4854, Respuesta: Es correcto. Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficina de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.	Id DEM: 4854, Respuesta: Es correcto. Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficina de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.	Id DEM: 4854, Respuesta: Es correcto. Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficina de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.	Id DEM: 4854, Respuesta: Es correcto. Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficina de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.	Id DEM: 4854, Respuesta: Es correcto. Para aquellos bienes identificados en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" como que "Si requiere Registro Sanitario", el licitante deberá presentar copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Vigente) emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar: Número de oficina de certificación, Fecha de emisión, Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, Alcance o clasificación, Vigencia y/o fecha de vencimiento. En caso de que la convocante no requiera Registro Sanitario para el equipo principal, identificado como "No requiere" en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no deberá presentar documentación alguna al respecto.
333	CASA PLARRE, S. A DE C.V.	25	4307	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR PARA EL TAMAÑO	Id DEM: 4307, Respuesta: No se acepta su solicitud.	Id DEM: 4307, Respuesta: No se acepta su solicitud.	Id DEM: 4307, Respuesta: No se acepta su solicitud.	Id DEM: 4307, Respuesta: No se acepta su solicitud.	Id DEM: 4307, Respuesta: No se acepta su solicitud.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Registro Cofepr	Nombre y Razón Social de Comprador	Reg. Gub. del Estado	ID Def.	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Respuesta compra
334	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	27	6281	PEDIÁTRICO DOS CAJAS CON 25 PIEZAS DE PLACAS DE RETORNO DE PACIENTE DESECHABLE CON CABLE DE CONEXIÓN DESECHABLE CON SISTEMA REM PARA MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE.	favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.6 Placa de retorno de paciente, reusable con cable de conexión reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos) y 3.6.2 Al menos una tamaño pediátrico, establecido en la presente convocatoria.	CIRUGIA LAPAROSCOPICA [1], REPORTA QUE LA INCIDENCIA DE FALLAS EN LOS AISLANTES DE LOS ACCESORIOS REUSABLES DE ELECTROCIURUGIA IMPLICAN UN RIESGO ELEVADO DE PROVOCAR LESIONES TÉRMICAS EN LOS PACIENTES. POR LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS ANTERIOREMENTE, SE SOLICITA RESPECTUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE ACEPTE OFERTAR CAJA CON 50 PLACAS DE RETORNO DE PACIENTE DESECHABLES TAMAÑO PEDIÁTRICO, CON AL MENOS UN CABLE DE CONEXIÓN REUSABLE, COMO OPCIÓN PARA ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA? [1] (JLSLS. 2012 JAN- MAR; 16(1) PP 130-139) HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTI CLES/PMC3407433/	solicita en el punto 3.6 Placa de retorno de paciente, reusable con cable de conexión reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos) y 3.6.2 Al menos una tamaño pediátrico; adicionalmente se solicita en los numerales 4.1 Placas de retorno desechables con cable de conexión. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos), 4.1.2 Al menos 10 placas tamaño pediátrico y 4.1.3 Al menos 10 placas tamaño neonatal. Se precisa que la convocante requiere Placa de retorno de paciente, reusable con cable de conexión reusable y también placas de retorno desecharles con cable de conexión, tamaño adulto, pediátrico y neonatal, establecido en la presente convocatoria.	DEM
335	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	28	6282	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "TUBO DE RAYOS X CON 2 PUNTOS FOCALES EN MM, UNO DE ELLOS DE 0.7MM O MENOR Y DE 1.2 O MENOR, LO CUAL NO TIENE NINGUNA IMPLICACIÓN CLÍNICA CON EL PACIENTE Y PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN SIN PROBLEMAS DE LOS ESTUDIOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6281, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1 Tubo de rayos X con 2 o 3 puntos focales en mm, uno de ellos de 0.5 o menor y en caso de un tercer punto 1.0 o menor, establecido en la presente convocatoria.	CONSIDERAMOS QUE NO HAY NINGUNA RAZÓN CLÍNICA NI DE CALIDAD EN LA IMAGEN POR LA CUAL NO SE PERMITA OFERTAR UN TUBO DE RAYOS X CON PUNTOS FOCALES DE 1.0 MM O MENOR Y DE 0.6 MM O MENOR, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y EN CASO DE SER NEGATIVA, NOS DE UNA EXPLICACIÓN TANTO CLÍNICA COMO DE CALIDAD POR LA CUAL NO PODAMOS OFERTAR EL TUBO CON LOS FOCOS INDICADOS.	Id DEM: 6281, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.5.1 Tubo de rayos X con 2 o 3 puntos focales en mm, uno de ellos de 0.5 o menor y de 0.8 o menor y en caso de un tercer punto 1.0 o menor, establecido en la presente convocatoria.	DEM
335	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	28	6282	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "ANGLE SYNCHRONIZATION (SINCRONIZACIÓN DEL ANGULO): IMAGENaC-ARM BI- DIRECCIONAL (IMAGENaC-BRAZO EN C BIDIRECCIONAL) QUE ES LA NOMENCLATURA CON QUE EL FABRICANTE DESCRIBE ESTA CARACTERÍSTICA, CON LO CUAL EL	Id DEM: 6285, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.7.13 Con posicionamiento automático del arco y de los colimadores a partir de una imagen adquirida,	TAL Y COMO SE INDICA EN LA CÉDULA, SE ESTA ATENDIENDO LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA. SIN EMBARGO, POR CUESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR NO ES POSIBLE QUE TODOS LOS EQUIPOS TENGAN QUE TENER LA MISMA DESCRIPCIÓN Y NOMENCLATURA DE FUNCIONES ESPECÍFICAS, YA QUE CADA MARCA POSEE TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA PROPIA.	Id DEM: 6912, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta referenciar ANGLE SYNCHRONIZATION con posicionamiento automático del arco y de los colimadores a partir de una imagen adquirida, como opción para el punto 2.7.13, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Calificador de Bases de Licitación	Nombre o Razón Social del Licitante	Fecha de Registro del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPRESENTATIVA	Acuerdo Adicional	
336	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	26	4767	EQUIPO REALIZA LA FUNCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 4767, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "ANGLE SYNCHRONIZATION" (SINCRONIZACIÓN DEL ÁNGULO) QUE ES LA NOMENCLATURA CON LA QUE EL FABRICANTE DESCRIBE ESTA CARACTERÍSTICA, CON LO CUAL EL EQUIPO REALIZA LA FUNCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6913, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se solicita que el licitante en función de sus capacidades reales, oferte lo requerido por el Instituto considerado los plazos contenidos en la convocatoria.	DEM
337	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	9	4015	SE INDICA LO SIGUIENTE: EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, SERA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO NO. 1.3 "REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO", ASIMISMO, EL PLAZO DE ENTREGA SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO. SOLICITAMOS PARA LA PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR AUMENTAR EL PLAZO DE ENTREGA Y ENTERA SATISFACCIÓN CON EL CLIENTE A 150 DÍAS, EN EL SENTIDO DE QUE EL EQUIPO SERA TOTALMENTE NUEVO Y PRODUCIDO EN ESTE 2° SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO (2017), ES DECIR, RECIENTE FABRICACIÓN, POR LO QUE NO SERA UN EQUIPO QUE HAYA ESTADO GUARDADO EN EL ALMACÉN POR MÁS DE 6 MESES, POR LO QUE EL TIEMPO SOLICITADO ES PARA LA COMPLETA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, TRANSPORTACIÓN, ADECUACIONES CORRESPONDIENTES, INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS CURSOS A LOS USUARIOS FINALES. ¿SE ACEPTA?	Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción	Se solicita amablemente a la convocante reconsiderar permitarnos ofertar accesorios de una marca compatible, tomando en cuenta que sean	Id DEM: 6914, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1	DEM	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Adquisitivo (Código de Proceso)	Nombre y Razón Social del Licitante	Forma Jurídica	ID DEM	REQUERIDA	RESUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA/RESPUESTA	Aplicar una
338	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	6	4125	ACCESORIOS DE UNA MARCA COMPATIBLE CON LA MESA OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	solicitada en el numeral 3.1 De la misma marca de la mesa. Las partes de las partes de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel, establecido en la presente convocatoria.	Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a lo solicitado en el numeral 3.2 Pedal bipolar. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo, establecido en la presente convocatoria.	De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel, establecido en la presente convocatoria.	DEM
339	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	7	4123	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	Lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11795 Unidad de electrocirugía de uso general, por lo que la	Respuesta: No se acepta. Lo requerido por la convocatoria se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11795 Unidad de electrocirugía de uso general, por lo que la	Id DEM: 6915, Respuesta: No se acepta su solicitud. Favor de atender a lo solicitado en el numeral 3.2 Pedal bipolar. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), a prueba de agua, antiexplosivo, el cual debe garantizar la no entrada de agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo o inmersión); con cable de conexión de 4 m como mínimo, establecido en la presente convocatoria, adicionalmente deberá cumplir con la descripción solicitada en el numeral 7.1.3 Para el pedal. Cumplimiento de la norma IEC 60529 o su correspondiente al país de origen, establecido en la presente convocatoria. Se precisa que para dar cumplimiento a la característica solicitada para los pedales (monopolar y bipolar) en los numerales 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 (según sea el caso), el licitante deberá comprobar el cumplimiento de alguna de los grados de protección IPX4, IPX5, IPX6, IPX7 o IPX8 referidos en la norma IEC - 60529.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que confengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA




Código Subproyecto	Nombre y Razón Social del Licitante	Realización del Licitante	ID DEL Licitante	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Asesorio técnico
340	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	8	4130	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LA NORMA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo 11795 Unidad de electrocirugía de uso general, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto junto con la Unidad de Electrocirugía, dentro de su manual de usuario ¿Se acepta?	corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y las imágenes presentadas. Sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera. Se precisa que para dar cumplimiento a la característica solicitada para los pedales (monopolar y bipolar) en los numerales 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 (según sea el caso), el licitante deberá comprobar el cumplimiento de alguno de los grados de protección IPX4 IPX5, IPX6, IPX7 o IPX8 referidos en la norma IEC - 60529.	DEM
341	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	10	4015	PARTIDAS: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIOS DE UNA MARCA COMPATIBLE CON LA MESA OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1 De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel, establecido en la presente convocatoria.	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar accesorios de una marca compatible, y entregar una carta de fabricante en la cual nos asegure la compatibilidad de los accesorios además de que estos deberán de ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel ¿Se acepta?	Id DEM: 6918, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.1 De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel, establecido en la presente convocatoria.	DEM



Código Único de Registro	Remanente de la Cuenta de la Empresa	Fecha de Emisión del Documento	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTA	RECOMENDACIONES	Área que Interviene
342	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	2	4017	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA LOS PARÁMETROS VITALES POR MONITOR (ECG, OXIMETRÍA, TEMPERATURA, CO2, RESPIRACIÓN, PRESIONES INVASIVAS Y NO INVASIVAS Y GASTO CARDIACO). TODA VEZ QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	Como niquel, establecido en la presente convocatoria. No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1 Monitor modular a color LCD o TFT o tecnología superior, con pantalla de 15" mayor., establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 de la partida 3.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP, PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS). ASÍ COMO MÓDULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS). DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS A MEDIR SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6919, Respuesta: Se precisa que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo referida.	DEM
343	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	1	4016	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 DÍAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACION CLINICA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. ¿SE ACEPTA?	No es correcta su apreciación, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas., establecido en la presente convocatoria./ cédula de descripción del artículo.	DADA LA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ACTUAL EN LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS MONITORES TENGAN COMO MINIMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DESPLIEGUE EN PANTALLA DE 96 HORAS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PACIENTE AL TENER LOS DATOS GRAFICOS Y NUMERICOS DE TODOS LOS PARAMETROS PARA SU EVALUACION CLINICA DE FORMA MAS ASERTIVA Y POR TRATARSE DE UNIDADES CRÍTICAS ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6920, Respuesta: No es correcta su apreciación, Se acepta ofertar CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO y DE DESPLIEGUE de curvas EN PANTALLA completa o "full disclosure" DE 96 HORAS como opción para el punto 2.2.8 Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
344	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	24	4306	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR PARA EL TAMAÑO ADULTO UNA CAJA CON 50 PIEZAS DE PLACAS DE RETORNO DE PACIENTE DESECHABLE CON CABLE DE CONEXIÓN DESECHABLE CON SISTEMA REM PARA MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE.	Id DEM: 4306, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 3.6 Placa de retorno de paciente, reusable con cable de conexión reusable. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogo) y adicionalmente se solicita en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76, 19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83, 19.84, 19.85, 19.86, 19.87, 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93, 19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 20.00, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55, 20.56,			

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Compañía Código Referencia	Nombre y Razón Social del Licitante	Id DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA PREGUNTA	Observaciones		
345	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	3	4019	CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE Y COMO HERRAMIENTA INTEGRAL OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO APARTE DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS TAMBIÉN PEDIMOS SE AGREGUEN CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS; LOS CUALES SE PUEDAN GUARDAR EN TABLAS IMPRIMIBLES LAS VECES QUE SEAN NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto. No se acepta su solicitud. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	ANTERIOREMENTE, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE ACEPTAR QUE SE OFERTE CAJA CON 50 PLACAS DE RETORNO DE PACIENTE DESECHABLES TAMAÑO ADULTO, CON AL MENOS UN CABLE DE CONEXIÓN REUSABLE, COMO OPCIÓN PARA ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA? [1] (JSLs. 2012 JAN-MAR, 16(1) PP 130-139) HTTPS://WWW.NCBI.NIH.GOV/PMC/ART1/CLESIPMC3407433/	desechables con cable de conexión. (Incluir marcas y modelos y/o número de catálogos) y 4.1.1 Al menos 10 tamaño adulto, establecido en la presente convocatoria.	Id DEM: 6922, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Función o perfil de cálculos hemodinámicos, CÁLCULOS DE MECÁNICA VENTILATORIA, DE OXIGENACIÓN, DE LIMPIEZA RENAL Y DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS como opción para el punto 2.3.14 Función o perfil de cálculos hemodinámicos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera	DFM
346	COMERLAT, S.A. DE C.V	4	5163	DICE: Pantalla plana interconstruida LCD o TFT de 15" o mayor. PREGUNTA: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar. Pantalla plana fija al	Id DEM: 5163, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el	En caso de no aceptar nuestra propuesta a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante nos proporcione la justificación técnica y clínica por la cual está requiriendo esta especificación	Id DEM: 6923, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo.		

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Número de Proceso de Compra	Nombre de la Entidad Gubernamental	Revista Número del Suplemento	ID DEIA	RESUMEN	RESUESTA	RECONVOCATORIA	RESUESTA RECONVOCATORIA	Aperturas de Fallo
347	COMERLAT, S.A. DE C.V.	5	5137	equipo de 12" o mayor, esto con el fin de no incrementar las propuestas económicas y ofrecer las mejores condiciones a la dependencia. ¿Se acepta nuestra solicitud? Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV. De acuerdo al artículo 29, fracción V de la LAASSP con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría, Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un rango de Kilovoltaje de 40 KV o menor a 125KV o mayor, lo cual representa una variación menor al 5% y además es el rango utilizado en una Sala de RX fija convencional, y con lo cual se cumplen las necesidades técnicas y clínicas de RX. Se acepta nuestra propuesta?	numeral 2.16. Pantalla plana interconstruida, establecido en la presente convocatoria. Id DEM: 5137, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3. Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV, establecido en la presente convocatoria	sobre la opción que ofertamos. Favor de aclarar	solicitada en el numeral 2.16. Pantalla plana interconstruida, establecido en la presente convocatoria Id DEM: 6924, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3. Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV, establecido en la presente convocatoria	DEM
348	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	3	4632	Como numeral 4.1.5 se indica que los licitantes deben incluir "4.1.5 Impresión del correo electrónico o escrito mediante el cual el personal de la División de Equipamiento Médico (DEM), indique la hora y fecha agendada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de área técnica llevará a cabo el Acto de Demostración de Características Ofertadas, conforme a lo descrito en el numeral "5.2.8 Demostración de las	Id DEM: 4632, Respuesta: El tiempo de respuesta a la solicitud de agendar fecha para el Acto de Demostración de Características Ofertadas, conforme a lo descrito en el numeral "5.2.8 Demostración de las características ofertadas" será de 24 horas	En relación con la demostración de características técnicas para las patillas que así lo requieran, así como su correspondiente solicitud de citas para agendar fechas y horas pertinentes, solicitamos amablemente a la convocante nos indique la fecha límite en que podrán realizarse estas demostraciones, dado que las fechas podrían verse afectadas por cuestiones como diferimientos de juntas de aclaraciones o desplazamiento de fechas para apertura de propuestas.	Id DEM: 6925, Respuesta: Se precisa que sólo se otorgarán citas en el lapso entre el día hábil posterior a la presentación de proposiciones y tres días hábiles previos al acto de comunicación de fallo.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de contrato según el Sistema de Información	Nombre o Razón Social del Licitante	Región	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REQUERIMIENTO	RESPUESTA REQUERIMIENTO	Área que atiende
349	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.	3	4716	características ofertadas". Solicitamos a la convocante indicar el Tiempo de respuesta comprometido por el Instituto para emisión del documento por el que el personal del Instituto indique la fecha u hora agendada a efectos que de resulte posible incorporarlo a la proposición del licitante. 5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo Completo Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare, en caso de existir un equipo ya instalado en la unidad y debido a que regularmente pueden ser de otra marca será responsabilidad del licitante adjudicado exclusivamente su desinstalación ¿Es correcta mi apreciación?	siguientes a la fecha de y hora de recepción de dicha solicitud realizada por los licitantes, por la vía señalada. Id DEM: 4716, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto. Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad	Debido a los tiempos tan reducidos que se tienen, por tratarse de equipo de importación que requiere en varias unidades la desinstalación de equipo y debido a que en muchas de las unidades solicitadas las adecuaciones correspondientes son mayores, solicitamos a la convocante de la manera más atenta que los equipos sean desinstalados y permitan ser solamente empleados para su posterior reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final lo que agilizaría de manera considerable los tiempos para la instalación, capacitación y puesta en marcha de los equipos a entera satisfacción del Instituto ¿Se acepta?	Id DEM: 6926, Respuesta: No se acepta. El licitante deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto.	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre o Razón Social del Licitante	Edad	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RECOMENDATA	RESPUESTA REQUERIDA	Presión arterial
350	COMERLAT, S.A. DE C.V	6	5137	Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV. De acuerdo al artículo 29, fracción V de la LAASSP con el fin de no limitar la libre participación de la proveeduría. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un rango de Kilovoltaje de 40 KV o menor a 125KV o mayor, lo cual representa una variación menor al 5% y además es el rango utilizado en una Sala de RX fija convencional, y con lo cual se cumplen las necesidades técnicas y clínicas de RX. Se acepta nuestra propuesta?	Id DEM: 5137, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3. Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV, establecido en la presente convocatoria	En caso de no aceptar nuestra propuesta a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante nos proporcione la justificación técnica y clínica por la cual está requiriendo esta especificación sobre la opción que ofertamos. Favor de aclarar.	Id DEM: 6927, Respuesta: Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, solicitada en el numeral 2.1.3. Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV, establecido en la presente convocatoria.	DEM
351	COMERLAT, S.A. DE C.V	7	5267	Con el objetivo de ofrecer mayor potencia lo que generará mayores rangos de exposición favoreciendo a las técnicas radiológicas necesarias, solicitamos amablemente a la Convocante nos permita ofertar el equipo con una potencia de 40KW o mayor, ¿se acepta?	Id DEM: 5267, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con potencia de 40 kW, como opción para el punto 2.1.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Debemos entender que de acuerdo a lo señalado en la NOM-229-SSA1_2002 en su numeral 9.1.6 señala que únicamente se podrán adquirir "Equipos móviles de rayos X con generador de alta frecuencia con una potencia NO MAYOR de 30 KW". Los participantes no podrán ofertar equipos con un rango de KW mayor al permitido en esta Norma Oficial Mexicana? Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6928, Respuesta: No es correcta su apreciación. En la respuesta otorgada al licitante DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICO DE MEXICO, S.A. DE C.V. se da como opción para el punto 2.1.1. Potencia de 30 KW o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
352	COMERLAT, S.A. DE C.V	11	5820	Al ser la presión invasiva una medida más exacta de la presión del paciente sobre la no invasiva, debemos entender que el monitor deberá de contar con capacidad a	Id DEM: 5820, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el	Para que los usuarios puedan contar con un equipo que les permita detectar y registrar cualquier cambio súbito en la Presión Arterial No invasiva (PANI) de los pacientes entre los	Id DEM: 6929, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta como opción ofertar Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media) con	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Ejecutivo Supremo	Nombre y Razón Social del Postulante	Fecha de Exposición de Interés	ID DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPETIDA	Fecha de Exposición
353	COMERLAT, S.A. DE C.V	8	5980	Con la finalidad de maximizar las capacidades del equipo de rayos X móvil y poder realizar una mayor cantidad de estudios que con un equipo de menor potencia, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo de al menos 40kW. ¿Se acepta nuestra propuesta?	numeral 2.9.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), establecido en la presente cédula de descripción del artículo. Id DEM: 5980, Respuesta: Se acepta ofertar equipo con potencia de 40 kW, como opción para el punto 2.1.1., sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	intervalos de medición de PANI preajustados, sugerimos que los monitores a ofertar cuenten con algún método que permita reconocer los cambios súbitos en la condición del paciente y se active la medición de la PANI de manera automática. ¿Es correcta nuestra apreciación?	método que permita reconocer los cambios súbitos en la condición del paciente y se active la medición de la PANI de manera automática, como opción para el numeral 2.9.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Id DEM: 6930, Respuesta: No es correcta su apreciación. En la respuesta otorgada al licitante PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRARES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V., se da como opción para el punto 2.1.1. Potencia de 30 KW o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
354	COMERLAT, S.A. DE C.V	9	5423	Debemos entender que los monitores deberán contar con la capacidad de incorporar módulos insertables en el monitor de signos vitales para demostrar que se trata de un monitor modular, ¿Es correcto?	Id DEM: 5423, Respuesta: No es correcta su apreciación. El Instituto requiere que el Monitor de signos vitales solicitado, cuente con módulo que permita el intercambio y/o cambio de módulo extraíble por el usuario final del equipo, entre monitores de la misma marca y modelo	De acuerdo a la respuesta otorgada a la empresa GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Debemos entender entonces que los módulos incluidos en los monitores a ofertar deberán incluir multiconectores que permitan detectar automáticamente el tipo de parámetro y comenzar a realizar la medición, lo cual brinda una flexibilidad modular completa reduciendo costos y sin los inconvenientes asociados a los sistemas modulares tradicionales. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6931, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca (indicar marca, modelo y número de parte) con multiconectores que detecten automáticamente el tipo de parámetro a monitorizar como opción para el punto 2.2.1 Módulo extraíble por el usuario y se coloque en otro monitor de la misma marca (indicar marca, modelo y número de parte), sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
355	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL, S.A DE C.V	2	4746	2. Experiencia y especialidad del licitante. Dice "bienes de iguales o similares características..." Preguntar: Se le solicita atentamente a la convocante, defina en el punto anterior que bienes podrá aceptar como "similares características". Favor de aclarar.	Id DEM: 4746, Respuesta: Se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación. Si requiere -conocer una respuesta sobre un caso	Se solicita a la convocante nos aclare, si para dar cumplimiento a este punto se podrán presentar contratos de Equipos Médicos que no necesariamente sean de RX móviles. Favor de Aclarar	Id DEM: 6932, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se acepta como opción para acreditar la documentación solicitada en el rubro 2. Experiencia y Especialidad, presentar contratos o pedidos donde la descripción de los bienes que amparen dichos instrumentos legales, señale equipo de rayo x móvil para la partida 42 Unidad radiológica portátil. Lo anterior no es aplicable para el resto de las partidas en	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código Número Registro del Licitador	Nombre y Razón Social del Licitador	Forma jurídica del Licitador	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Fecha de abandono
356	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL, S.A DE C.V	1	4745	2. Experiencia y especialidad del licitante. Dice "Para acreditar la experiencia, la convocante verificara con la copia simple de los contratos o pedidos presentados..." Pregunta: Solicitamos a la convocante que para dar cumplimiento a este numeral, además de contratos y/o pedidos, acepte facturas fiscales. ¿Se acepta?	en particular de la documentación con la que cuenta el licitante, se le exhorta a ejercer su derecho de preguntar y plantear su pregunta específica. Id DEM: 4745, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar la experiencia, la convocante verificará con la copia simple de los contratos y/o pedidos el cumplimiento de los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.	Solicitamos atentamente a la convocante Reconsiderar su respuesta. Ya que con Clientes Privados, No siempre se firma un contrato y/o Pedido, Adicional a que la esencia de este requisito es demostrar que el licitante cuenta con experiencia en el suministro y cumplimiento de bienes similares, la cual también se puede corroborar con Factura acompañada de la evidencia de entrega. ¿Se Acepta?	razón de que los licitantes deberán acreditar haber suministrado bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en esas otras partidas. Id DEM: 6933, Respuesta: No se acepta su solicitud. Deberá considerar lo solicitado en el Anexo 1.6 de la Convocatoria, para acreditar los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.	DEM
357	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	2	4579	DICE: El Proveedor se obliga a proporcionar la capacitación bajo los términos que a continuación se detallan, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico". PREGUNTA: En caso de que la capacitación no pueda llevarse a cabo por causas NO imputables al proveedor, solicitamos a la convocante que para no atrasar los trámites de facturación nos permita presentar una carta comprometiendonos a llevar a cabo dicha capacitación en una fecha propuesta por la convocante y de esta forma poder realizar los trámites correspondientes para el pago. ¿Se acepta?	Id DEM: 4579, Respuesta: No se acepta su solicitud. De conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1.7 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, acorde al inciso D. Capacitación y entrega de información de operación y servicio. La capacitación se deberá llevar a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto, quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro del término de la vigencia de la garantía, a solicitud	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa solicitamos a la convocante nos informe si se debiera presentar dicho plan de capacitación como parte de la propuesta técnica, ¿Favor de aclarar?	Id DEM: 6934, Respuesta: No fue negativa. El Proveedor (licitante adjudicado) se obliga a proporcionar la capacitación bajo los términos indicados en el apartado III.2.1 CAPACITACIÓN, de la presente convocatoria, cuya constancia original y copias respectivas formarán parte de la documentación recibida por el Administrador de Contrato a la entrega de los bienes.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consejo Código República Código	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha última de Cotización	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Asesor Jurídico
358	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	1	4614	En las especificaciones solicitadas por la convocante en las descripciones de los bienes a adquirir, y debido a la variedad en las especificaciones utilizadas por cada fabricante, la cual no es homogénea por las unidades de medida o sistemas de medida propios de cada casa comercial, solicitamos de la manera más atenta se considere y acepte una tolerancia de más/menos 2% en las especificaciones requeridas y todo valor se ajuste a dicha tolerancia, garantizando con ello una libre participación en el presente procedimiento, y en su caso, se realice una justificación que incluya la documentación necesaria que justifique y soporte la variación, misma que no afecte ni demerite lo mínimo solicitado en la descripción solicitada y en cambio si garantice el ofertar equipos con tecnología de vanguardia. ¿Se acepta?	del instituto, siendo necesario establecer con el Administrador de Contrato y el personal usuario de las Unidades Médicas la programación de los cursos de capacitación necesarios para el uso y manejo del equipo médico entregado, debiendo cumplir el 100% de requisitos para efectos del pago correspondiente. Id DEM: 4614, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere la(s) partida(s) ni la especificación y/o requisito sobre la que se solicita considere y acepte una tolerancia de más/menos 2% o las características propias del equipo que pretende ofertar.	La solicitud para que se considere y acepte una tolerancia de más/menos 2% se refiere a las partidas de equipos de rayos X móviles (partida 42) y Mastógrafos (partida 19) en las especificaciones de los valores de rango de kv - mAs; tamaño de pixel, capacidad del generador, área de la matriz y DQE.	Id DEM: 6935, Respuesta: No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.	DEM
359	COMERLAT, S.A. DE C.V.	10	6515	Con el propósito de garantizar una mayor vigilancia del paciente y seguimiento de parámetros, sugerimos a la convocante requiera un mínimo de 15 curvas desplegables en el monitor	Id DEM: 6515, Respuesta: Se acepta ofertar Despliegue de 15 curvas fisiológicas simultáneas en pantalla como opción para el punto 2.8.1 Al menos 4 curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo	Para lograr una monitorización adecuada de los pacientes se debe de contar con 12 curvas como mínimo, para ofrecer un diagnóstico más preciso, por lo tanto creemos que los monitores a ofertar deberán contar con al menos 12 curvas simultáneas. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6936, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar Despliegue de 12 curvas fisiológicas simultáneas en pantalla como opción para el punto 2.8.1 Al menos 4 curvas simultáneas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-IE8-2017



Consejo Estado Revisión Final	Nombre o Razón Social del Licitante	Región donde está ubicado	ID DEG	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Atención adicional
360	OURUX, S.A. DE C.V.	6	4686	Solicitamos a la Convocante valide los campos de Anexos adicionales en el Portal de CompraNet, para el envío de nuestra propuesta, toda vez que la información solicitada por la Convocante es muy pesada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No es posible atender su solicitud, sin embargo se aclara que la configuración en la plataforma del sistema CompraNet, refiere un parámetro para cada punto o numeral de información de las proposiciones.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FUNDAMENTAR SU NEGATIVA A LA SOLICITUD DE ESTE ASÍ COMO DE OTROS PROVEEDORES DE VALIDAR EN LA PLATAFORMA COMPRANET EL CAMPO DE ANEXOS ADICIONALES TODA VEZ QUE LOS PARTICIPANTES SI ESTAN JUSTIFICANDO SU SOLICITUD. MI REPRESENTADA SE MANIFIESTA A FAVOR DE LA MISMA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REPLANTEAR NUEVAMENTE SU RESPUESTA ANTE DICHA SOLICITUD.	En atención a la pregunta, con fundamento en lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45, párrafo sexto y 46, fracción IV de su Reglamento, resulta procedente señalar que el sistema CompraNet, está habilitado en la parte relativa a este procedimiento de contratación, con las secciones y parámetros necesarios para almacenar cada uno de los documentos requeridos por partida completa y legibles, por tanto, resulta innecesario habilitar el campo de anexos adicionales.	DEM
361	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6	4309	Entendemos que todas las características descritas en la cédula se deberán demostrar a la convocante mediante la muestra física y/o marcaje técnico. ¿Es esto correcto?	Id DEM: 4309, Respuesta: No es correcta su apreciación. El Acto de Demostración de las Características Ofertadas, se realizará conforme lo indicado en el numeral 5.2.8 de la Convocatoria.	En caso de la partida que requiere muestra física será suficiente mostrar una unidad de cada consumible entendiendo que de salir adjudicados se entregarán las unidades solicitadas por la convocante. Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6938, Respuesta: Se presta que la acorde a la presente Convocatoria, el numeral 5.2.8 describe lo siguiente: ... "a) El licitante o quien este designe, demostrará sobre el bien presentado aquellas descripciones técnicas ofertadas en la "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" Anexo No. 1.2, incluyendo la(s) marca(s) y modelo(s) y en su caso del software en español, lo cual no implicará la apertura del bien en cuestión o acceder a componentes internos electrónicos y/o mecánicos y/o eléctricos o de cualquier otra índole, en cuyo caso bastará con la manifestación expresada del licitante durante el evento. b) Para aquellas características que impliquen la demostración de dimensiones o unidades de medición de acuerdo a lo solicitado en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo", el licitante o quien este designe, deberá presentar y utilizar sus	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo Código Código Código	Nombre o Razón Social del Proveedor	Revisión del Licitador	Id. DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA A LA PREGUNTA	Respuesta al Licitador
362	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	5	4400	Número 1.1 Dice: Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva en tiempo real con Doppler color e imagen para estudios cardíacos en adultos, niños y neonatos. Entendemos que como mínimo se deberá ofertar capacidad de escalamiento a ultrasonografía invasiva con transductores transesofágicos e intracardiacos, lo que posibilitaría en el futuro poder utilizar el equipo durante cirugías cardíacas* ¿Es correcto? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2761099/	Id DEM: 4400, Respuesta: Es correcta su apreciación.	Entendemos que dicha confirmación tiene intracardiaco 2D y 4D (volumétrico). ¿Es correcto?	propios instrumentos o dispositivos de medición ex profeso para ello. c) Para efectos de lo anterior, corresponderá de igual forma al licitante o quien este designe, realizar las interconexiones, toma de lecturas, configuración y/o cualquier otra acción que deba efectuarse, entre el instrumento o dispositivo de medición y el bien presentado para la demostración correspondiente. Por lo tanto, en el Acto de Demostración de Características Ofertadas para la "Partida 44 - Ventilador adulto-pedriático neonatal", el licitante deberá demostrar que los consumibles solicitados para la Partida 44 cumplen con lo descrito en la presente cédula de descripción del artículo.	DEM
363	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7	4348	Solicitamos a la convocante nos aclare si la batería externa deberá ser integrada al equipo y de la misma marca del equipo.	Id DEM: 4348, Respuesta: Se precisa que la convocante requiere para el numeral 2.8.5 Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 5 horas como mínimo, en la presente cédula de descripción del artículo, la	Se aceptara UPS como batería externa (fuente de poder de energía ininterrumpible) que permita el funcionamiento y operación del equipo? Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6940, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo solicitado por la convocante en el numeral 2.8.5 es que la batería de respaldo ya sea externa y/o interna tenga una duración de 5 horas como mínimo. Se podrá aceptar una UPS como batería externa para el equipo solicitado en la "Partida 47 - Ventilador de traxado pediátrico-".	DEM


Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo Preguntado	Nombre o Razón Social del Licitante	Repón junta del Licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Área que atiende
364	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.	1	4709	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones. Para Bienes Internacionales, Inciso 3) 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones. Para Bienes Internacionales Dice: "Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos" Entendemos que este punto aplica exclusivamente para accesorios, equipos o componentes que sean considerado equipo o dispositivo médico, lo anterior debido a que se solicitan unidades de energía ininterrumpida, equipo de cómputo y demás accesorios/componentes que no son considerados equipos o dispositivos médicos y por su naturaleza no entran en contacto con el paciente, por lo que entiendo que para esos equipos no se deberá presentar la documentación solicitada en este punto ¿Es correcta mi apreciación?	batería externa podrá ser integrada al equipo y podrá ser de la misma marca o de diferente marca del Ventilador de traslado pediátrico-adulto, debiendo cumplir con la función de respaldo solicitada, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera		adulto" toda vez que se cumpla lo solicitado en el numeral 2.2 Con un peso no mayor a 7 kg, contemplando la batería, y que la UPS permita el funcionamiento y operación adecuado del equipo, acorde a su característica de portabilidad, a reserva del resultado de la evaluación técnica, sin que sea obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	
				Id DEM: 4709, Respuesta: No es correcta su apreciación. En caso de ofertar equipo de cómputo definido como equipo accesorio, el licitante podrá no entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos, para los "demás relacionados" con el bien, el licitante deberá presentar la documentación al respecto.	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que en el caso específico de los UPS para los equipos y al tratarse de un accesorio que no está en contacto en el paciente y no está considerado un equipo o insumo médico se nos permita entregar exclusivamente el ISO 9001 ¿Se acepta nuestra propuesta?		"No se acepta su solicitud. Toda vez que el UPS solicitado se requiere como soporte del equipo médico principal y no puede ubicarse en los supuestos de excepción por lo que se requiere atender a lo solicitado en el la convocatoria y lo que resulte de la o las junta(s) de aclaraciones. En este caso específico se requiere la presentación del ISO 9001-2008 correspondiente".	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Contorno Número de Licitación	Nombre y Razón Social del Licitante	Revisión Número de Licitación	ID DE Licitación	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPERCUTIVA	Acuerdo Adicional
365	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	4	6419	DICE: CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE PEDIÁTRICO-NEONATAL (NO UNIVERSAL) (DOS PIEZAS) (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA NOS PERMITA OFERTAR VEINTE (20) CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES ADULTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 380 ML. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6419, Respuesta: Favor de atender las Precisiones Técnicas Médicas.	SE DIO RESPUESTA PARA ATENDER LAS PRECISIONES TÉCNICO MÉDICAS, SIN EMBARGO EN LA PRECISIÓN 39 QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA 43, NO REFIEREN NADA SOBRE EL PUNTO 3.12, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR 30 CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6942, Respuesta: Se precisa que la convocante solicita que para el punto 3.12 Cámaras de humidificación reusable pediátrico-neonatal (no universal) (dos piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), se deberán ofertar tres piezas de cámaras de humidificación reusable pediátrico-neonatal (no universal) (indicando marca, modelo y/o número de catálogo).	DEM
366	OURUX, S.A. DE C.V.	4	3741	4.2.1 SE ESTABLECE EN EL ANEXO NO. 5 LOS "PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA", A PARTIR DE LOS CUALES SIN EXCEPCIÓN, LOS LICITANTES EN SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEBERÁN OFRECER UN PORCENTAJE DE DESCUENTO, MISMO QUE SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN. PLANTEAMIENTO. ART. 2 LAASSP PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY SE ENTENDERÁ POR: VIII. OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS: MODALIDAD UTILIZADA EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, EN LA QUE LOS LICITANTES, AL PRESENTAR SUS PROPOSICIONES, TIENE LA POSIBILIDAD DE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DEL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SU PROPUESTA ECONÓMICA, REALICEN UNA O MÁS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS QUE MEJOREN EL PRECIO OFERTADO EN FORMA INICIAL, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE LA POSIBILIDAD DE VARIAR LAS ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS ORIGINALMENTE	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que si se deben ofertar descuentos. Lo anterior porque de conformidad con el numeral 4.2.1 de la convocatoria, en el Anexo No. 5 se establecen los "Precios Máximos de Referencia", a partir de los cuales sin excepción, los licitantes en su proposición económica deberán ofrecer un porcentaje de descuento, mismo que será objeto de evaluación. Asimismo, se precisa que la presente licitación no contempla la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuento.	DERIVADO DE LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE AL NO SER UNA OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO COMO SEÑALA LA LICITACIÓN NO DEBERÍA DE REQUERIR DE UN DESCUENTO MOTIVO POR EL CUAL MI REPRESENTADA DE CUALQUIER MANERA REALIZA EL REPLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA INICIAL.	En atención a la pregunta resulta procedente señalar que efectivamente no se trata de un procedimiento de contratación en el que esté prevista la formulación de ofertas subsecuentes de descuento. En la presente licitación está considerado un mecanismo diferente al indicado en el párrafo anterior, como es el de precios máximos de referencia. En este contexto, se reitera que de conformidad con el numeral 4.2.1 de la convocatoria, en el Anexo No. 5 se establecen los "Precios Máximos de Referencia", a partir de los cuales sin excepción, los licitantes en su proposición económica deberán ofrecer un porcentaje de descuento, mismo que será objeto de evaluación.	DLMM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Transacción Código Centro Licitación	Nombre y Razón Social del Postulante	Requisito Solicitud Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Fecha que se agota
367	OURUX, S.A. DE C.V.	5	3746	<p>CONTENIDAS EN SU PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>ART. 28 LAASP [...] TRATÁNDOSE DE LICITACIONES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPEN DE MANERA INDIVIDUAL MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES, NO SE APLICARÁ LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO.</p> <p>LAS EMPRESAS CONSIDERADAS PYMES EN TÉRMINOS DE LA LEY ARTÍCULO 28 NO TENDRÁN OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR EN OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO.</p> <p>PREGUNTA. ¿AÚN ASÍ DEBEREMOS OFERTAR UN DESCUENTO YA QUE NO SOMOS UNA GRAN EMPRESA TRANSNACIONAL?</p>	<p>En el contenido del Acuerdo de la PRIMERA Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 18 de enero de 2013, el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, en su Considerando establece en el cuarto párrafo: "... Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar</p>			
					<p>CON EL FIN DE DAR CLARIDAD A LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE Y EVITAR MALA INTERPRETACIONES FAVOR DE FUNDAMENTAR JURIDICAMENTE SU RESPUESTA YA QUE LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO NO DEBERÁN ESTAR SUPEDITADAS A INTERESES PARTICULARES O INDIVIDUALES</p>		<p>Id DEM: 6944, Respuesta: La licitante no hace una solicitud de aclaración a los puntos de la Convocatoria, ni a su pregunta y/o respuesta brindada anteriormente por lo que al no estar directamente vinculados con algún punto específico de la Convocatoria no se brinda respuesta, ello en términos del artículo 45 del reglamento de la LAASP.</p>	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Ejecutivo Región Unidad	Norma y/o Especificación Características	Rango Cantidad con licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA PREGUNTA	Área que atende
368	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.	2	4747	2.2 Especialidad del licitante. Dice "Y/o a los volúmenes o condiciones similares". Pregunta: Se le solicita atentamente a la convocante, defina en el punto anterior que podrá aceptar como "volúmenes y condiciones similares". Favor de aclarar.	la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución realizará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades. En atención a ello, el Instituto establece las características y especificaciones de los bienes solicitados. Id DEM: 4747. Respuesta: Se refiere a bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de licitación. Si requiere conocer una respuesta sobre un caso en particular de la documentación con la que cuenta el licitante, se le exhorta a ejercer su derecho de preguntar y plantear su pregunta específica.	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que para corroborar y asegurar la especialidad y el cumplimiento de acuerdo a los volúmenes y condiciones similares además de asegurar bienes de la misma naturaleza, se deban entregar copias simples exclusivamente de contratos llevados a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social ¿Se acepta?	Id DEM: 6945, Respuesta: No se acepta su solicitud, ello implicaría limitar la libre participación de los licitantes que no han sido proveedores habituales de este Instituto.	DEM
369	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	1	3731	Página 9. Dice: "... los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario... Entendemos que para este punto se podrá presentar el Registro Sanitario en donde se incluya e identifique el número de catálogo correspondiente al consumible ofertado, aunque el Registro Sanitario no pertenezca al equipo principal	Es correcta su apreciación. Para el presente procedimiento se acepta presentar el Registro Sanitario en donde se incluya e identifique el número de catálogo correspondiente al consumible ofertado, aunque el Registro Sanitario no pertenezca al equipo principal	Entendemos que para los consumibles y/o accesorios descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, y que no requieran de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideren como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario"	Id DEM: 6946, Respuesta: No es correcta su apreciación. Para los consumibles y/o accesorios descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, que el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario..." debidamente referenciado,	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código de Subasta	Nombre y Razón Social del Licitante	Fecha de Recepción de la Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Asesor Jurídico
370	Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V.	6	3766	Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita anualmente a la convocante que para cumplir con el punto 2.2 Especialidad nos permita presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. ¿Se acepta?	Sanitario no pertenezca al equipo principal objeto de la descripción de la partida, siempre que sean correspondientes con lo enunciado en la descripción de su propuesta (Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"), debidamente referenciado incluyendo marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s), y acredite lo indicado en el numeral "2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Referencia o Especificaciones", de la presente Convocatoria, sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciados de esta manera.	publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del Lunes 22 de diciembre de 2014, no es necesario presentar el mismo ¿Es esto correcto?	identificando aquellos que oferte.	DEM
				Anexo No. 1.6 - Criterios de evaluación para los rubros "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos". Se solicita anualmente a la convocante que para cumplir con el punto 2.2 Especialidad nos permita presentar copia simple de contratos y/o pedidos y/o facturas que el licitante ha suministrado a dependencias y/o instituciones o particulares bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. ¿Se acepta?	Id DEM: 3766, Respuesta: No se acepta su solicitud de presentar facturas para el subrubro 2.2 Especialidad. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad se solicitan contratos y/o pedidos con Dependencias y/o Instituciones Públicas o con Instituciones Privadas.	En referencia a la respuesta otorgada a mi representada y debido a que en la mayoría de las Instituciones Privadas no emiten un contrato o pedido, solicitamos a la convocante nos permita presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características ya que este tipo de Órdenes de Compra se puede acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos, se acepta?	Id DEM: 6947, Respuesta: Se acepta como opción presentar Órdenes de Compra de bienes de iguales o similares características para acreditar el subrubro 2.1 Experiencia. Para los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad con Instituciones Privadas, pudiendo acreditar su cumplimiento con las facturas requeridas en el Rubro 3.1 - Cumplimiento de Pedidos.	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA


Código de clase de bien	Nombre de la entidad licitadora	Objeto de la licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Respuesta
371	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	2	4001	Dice: 4.1.7.... Que su proposición incluye adecuación que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.9 de la presente convocatoria. Pregunta: Entendemos que no se debe incluir en la propuesta, el reporte relacionado con la Memoria Analítica, Control de Calidad y Levantamiento de Niveles, mismo que hacen las empresas Asesoras en Seguridad Radiológica autorizadas para ese fin. ¿Es correcto?	Id DEM: 4001, Respuesta: Es correcta su interpretación. En la licitación LA-019GYR040-E8-2017 se solicita en el punto 5.2.9 Visitas a las instalaciones institucionales que las visitas son obligatorias en solo dos partidas: Para el caso particular de las claves señaladas a continuación, las visitas a las instalaciones son obligatorias por lo que el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. De la misma forma, se menciona "...se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros...", referente a las partidas 1 y 19. Dado que estos supuestos son igualmente aplicables para la Partida 17 "Lámpara quirúrgica doble", donde las condiciones técnicas de instalación y desinstalación tienen una influencia fundamental en la propuesta económica y, además, resulta igualmente crítico el reconocimiento de las áreas para la elaboración de guías mecánicas dado que, como hemos podido observar en las visitas realizadas al momento, las tecnologías instaladas actualmente son muy variables y algunas requerirían un cambio completo en obra civil, espacios físicos y suministro eléctrico, no solo en el caso de nuestra tecnología particular, sino para el cumplimiento general de la cédula técnica solicitada. Tal es el caso del HGZ 16 en Torreón, Coahuila, en donde las lámparas instaladas en este momento no van acorde con el requerimiento actual, en concreto: "2.2 Montaje, 2.2.1 Columna fija al techo" ya que, en el hospital mencionado, los satélites instalados van montados a rieles independientes que no se localizan al centro del quirófano, anexando fotografías del levantamiento realizado en dicha institución.	En la respuesta emitida por la convocante, se menciona "...el licitante deberá realizar un levantamiento físico en cada una de las Unidades Médicas a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones", referente a las partidas 1 y 19. De la misma forma, se menciona "...se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros...", referente a las partidas 1 y 19. Dado que estos supuestos son igualmente aplicables para la Partida 17 "Lámpara quirúrgica doble", donde las condiciones técnicas de instalación y desinstalación tienen una influencia fundamental en la propuesta económica y, además, resulta igualmente crítico el reconocimiento de las áreas para la elaboración de guías mecánicas dado que, como hemos podido observar en las visitas realizadas al momento, las tecnologías instaladas actualmente son muy variables y algunas requerirían un cambio completo en obra civil, espacios físicos y suministro eléctrico, no solo en el caso de nuestra tecnología particular, sino para el cumplimiento general de la cédula técnica solicitada. Tal es el caso del HGZ 16 en Torreón, Coahuila, en donde las lámparas instaladas en este momento no van acorde con el requerimiento actual, en concreto: "2.2 Montaje, 2.2.1 Columna fija al techo" ya que, en el hospital mencionado, los satélites instalados van montados a rieles independientes que no se localizan al centro del quirófano, anexando fotografías del levantamiento realizado en dicha institución.	Id DEM: 6948, Respuesta: No se acepta su solicitud. Se aclara que el levantamiento físico tiene como objeto que los licitantes cuenten con la información necesaria a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Para el caso particular de la partida 17 Lámpara quirúrgica doble, el licitante puede optar por presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme el Anexo No. 1.10 "Formato de Carta Relativo a Visitas a Instalaciones", en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación (y desinstalación en su caso) de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras de los bienes y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación/desinstalación del bien.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Concepto Código Rubro Reserva Unidad	Ministerio o Razón Social del Licitador	Base Güera del Licitador	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REMEDIACIÓN	REQUERIDA REPREGUNTA	Acuerdo adhibido
372	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	2	5840	Con la finalidad de poder ofrecer las mejores condiciones de comprobación y	<p>anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere obligatoriamente asegurar que el licitante tomó en consideración, en su caso, de manera enunciativa más no limitativa, dentro de su propuesta, las adecuaciones para la el correcto funcionamiento del bien, tales como obra civil, instalaciones hidrosanitarias o a suministro de fluidos energéticos, espacios físicos, entre otros, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto</p>	 <p>Es por este tipo de situaciones que, con el propósito de dimensionar adecuadamente los gastos pertinentes en modificación de obra, suministro eléctrico, espacios físicos, distancias de piso a plafón y plafón a techo, entre otras circunstancias que podrían surgir a partir de un levantamiento físico, urgimos a la convocante reconsiderar la obligatoriedad de la visita a las instalaciones, sugiriendo, basados en lo explicado anteriormente, que la visita a las instalaciones para "Partida 17 - Lámpara quirúrgica doble" sea obligatoria.</p>	Id DEM: 6949, Respuesta: Se precisa que la convocante solicita que el equipo	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código del ítem	Nombre y Razón Social del Licitador	Fecha de entrega del sistema	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA	Área que atenderá	
373	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	3	5846	Con fines de referenciación y libre participación solicitamos se permita ofertar tecnología propia con la inhabilitación de alarmas activando la telda que interrumpe la señal acústica de la alarma por un valor software preconfigurado, desde la última presión de la telda. ¿Se acepta?	Id DEM: 5846, Respuesta: No se acepta su solicitud. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo en el numeral 2.7.11 Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardíaco, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral establecido en la cédula	lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo en el numeral 2.6 Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia, por lo que la especificación planteada por la empresa no es requerida para el Instituto.	solicitado en el punto 2.6 de la cédula de descripción del artículo en el numeral referido con la característica de llevar a cabo la compensación automática de la presión atmosférica sobre la presión medida de nuestra tecnología, las variaciones de altura sobre el nivel del mar al iniciar el sistema se lleva a cabo el comprobar y verificar el funcionamiento neumático, además el cálculo de la compensación del espacio muerto del circuito de paciente y electrónico por los microprocesadores y componentes, ¿Se acepta?	a ofertar cumpla con la función descrita en el numeral 2.6 Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia, de la cédula de descripción de artículo de la "Parida 39 - Anestesia Intermedia, Unidad de". La característica que el licitante refiere en la pregunta original, no clarifica si el equipo a ofertar puede realizar la función solicitada. Se acepta ofertar compensación automática de la presión atmosférica sobre la presión medida de su tecnología, las variaciones de altura sobre el nivel del mar al iniciar el sistema se lleva a cabo el comprobar y verificar el funcionamiento neumático, además el cálculo de la compensación del espacio muerto del circuito de paciente y electrónico por los microprocesadores y componentes, toda vez que cumpla con lo solicitado por la convocante, específicamente con un sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia ofertada, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Conte- nido del pedido de compra	Nombre y Razón Social del Proveedor	Código del pedido de compra	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Fecha de respuesta
374	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.	6	Numeral 2.16 Dice: Teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrado al tablero de control con interface en español. Entendemos que tanto el teclado alfanumérico como la pantalla touch deberán estar integrados físicamente al tablero de control ¿Es correcto?	Id DEM: 4409, Respuesta: Es correcta su apreciación. Se acepta ofertar teclado alfanumérico y pantalla (touch screen) de 8.9 pulgadas o mayor integrados físicamente al tablero de control con interface en español, como opción para el punto 2.16, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	La integración física del teclado al panel de control garantiza una mayor ergonomía al momento de realizar estudios, ingresar información clínica y etiquetas de picrogramas, existen equipos no de alto desempeño que sólo tienen teclado en la pantalla touch Screen (digital); esto dificulta el flujo de trabajo al no permitir escribir sin ver el teclado gracias a la memorización espacial similar a la que se cuenta, por ejemplo, en cualquier teclado de computadora: aunado a que la posición del touch screen sobre el panel de control (al fondo del mismo) no promueve la mejor ergonomía, versus los teclados físicos integrados al panel de control que por lo general se encuentran al frente del usuario o de forma retráctil. Por lo que recomendamos ampliamente se requiera ofertar y referenciar pantalla touch y teclado físico integrados al panel de control como mínimo. ¿Se acepta?	bypass cardiaco, ya que la característica que el licitante refiere en la pregunta original y la repregunta, no clarifica si el equipo a ofertar puede realizar la función solicitada para el modo bypass cardiaco. Para demostrar la característica solicitada podrá hacer uso de anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, debiendo comprobar que existe correspondencia entre el equipo que pretende ofertar, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y la información presentada, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
375	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	4	Se refiere la convocante a que los diferentes intervalos de tiempo son 5,10, 15, 30 minutos y 1, 2 y 4 horas donde se evidencian y	Id DEM: 5843, Respuesta: No es correcta su	Nuestra solicitud versa en los 5, 10, 15, 30 minutos y 1, 2 y 4 horas donde se evidencian y	Id DEM: 6952, Respuesta: Se acepta ofertar diferentes intervalos de tiempo	UFM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Contenido del ítem	Nombre y Razón Social del Licitante	Región	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Atención
376	Maquet Mexicana, S. de R.L. de C.V.	7	6509	Basados en lo requerido por la convocante, entendemos que se debe ofertar un índice de rendimiento de color variable y configurable por el usuario, con un máximo no menor a 98% de dicha característica. ¿Es correcta esta interpretación?	Id DEM: 6509, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar un índice de rendimiento de color variable y configurable por el usuario, con un máximo no menor a 98%, como opción para el punto 2.4.2.5 Índice de rendimiento de color de 90% o mayor, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	establecen los diferentes intervalos de tiempo en los modos de la toma de presión. ¿Se acepta?	que son 5, 10, 15, 30 minutos y 1, 2 y 4 horas, como opción para el punto 2.7.9.5.3 Modos para la toma de presión, de la "Partida 38 - Anestesia de Alta Especialidad, Unidad de", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
377	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.	6	4637	Se indica que la entrega será realizada bajo el esquema de DDP. Solicitamos que en concordancia con este esquema se confirme que las facturas amparando lo bienes entregados podrán ser sometidas a trámite de cobro una vez cumplida la entrega de los mismos. ¿Se acepta nuestra propuesta? En caso contrario favor de aclarar.	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que de conformidad con el numeral V. CONDICIONES DE PAGO de la presente convocatoria: El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida	Debido a que existen pagos parciales por partida completa, solicitamos se nos indique para este año ¿cual será la fecha límite que se tendrá para ingresar los documentos para pago?. Favor de aclarar	En atención a la pregunta, resulta procedente señalar, que a la fecha, la Dirección de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido la comunicación oficial, respecto a la fecha límite que se tendrá para ingresar documentos para tramitar pagos.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Consecutivo Registro Licitación	Nombre o Razón Social del Licitante	Rango Autor del Licitante	ID DEMI	PREGUNTA	RESPUESTA	REPRESENTANTE	RESPUESTA PREGUNTA	Asesor adjudicador
378	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.	4	4716	5.2.9 Visita a las instalaciones Partida 19: Mastografía digital de campo Completo Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare, en caso de existir un equipo ya instalado en la unidad y debido a que regularmente pueden ser de otra marca será responsabilidad del licitante adjudicado exclusivamente su desinstalación ¿Es correcta mi apreciación?	completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto. Id DEM: 4716, Respuesta: No es correcta su apreciación. Deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto. Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas	Debido a que existe una cantidad de equipos considerables para su desinstalación para la partida 19 y debido a los trabajos de acondicionamiento que se tienen que realizar en la mayoría de las salas, solicitamos a la convocante de la manera más atenta la posibilidad de que el equipo ya desinstalado y empleado sea reubicado por personal de la misma unidad destino final de los bienes, debido a los tiempos tan cortos para el acondicionamiento de la sala e instalación y puesta en marcha ¿Se acepta?	Id DEM: 6955, Respuesta: No se acepta. El licitante deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto.	DEMI

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA





Código del ítem	Nombre o Razón Social del Licitante	Revisión	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REFERENCIA	RESPUESTA REFERENCIA	Artículo de la Ley
379	COMERLAT, S.A. DE C.V	17	5144	En el modo paginación el especialista guarda señales de ECG que son desplegadas en la pantalla o página y tiene la opción de imprimirla. Según la pág. 6 de la "Guía Tecnológica No. 19 Sistema de Monitoreo Electrocardiográfico Continuo y Ambulatorio (Holter) (GMDN 36827) de CENETEC, SALUD" Referencia: http://www.cenotec.salud.gob.mx/descarga/sbiomedica/guidas_tecnologicas/19gt_holter.pdf Con fines de referenciación, permito referenciar "paginación" como la definición que viene en la Guía Tecnológica no. 19 mencionada anteriormente. ¿Se acepta? En el caso de no aceptar nuestra solicitud, solicitamos amablemente a la convocante definir la función de paginación.	NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.			DEM
						Derivado a la respuesta realizada a mi representada solicitamos a la convocante poder referenciar de la siguiente manera guardar señales de ECG que son desplegadas en la pantalla o página y tiene la opción de imprimirla. ¿Se acepta?	Id DEM: 6956, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar de la siguiente manera guardar señales de ECG que son desplegadas en la pantalla o página y tiene la opción de imprimirla. Subsecuentemente las páginas son revisadas, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	
380	COMERLAT, S.A. DE C.V	18	5144	En el modo paginación el especialista guarda señales de ECG que son desplegadas en la pantalla o página y tiene la opción de imprimirla. Según la pág. 6 de la "Guía Tecnológica No. 19 Sistema de	Id DEM: 5144, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no describe las características propias del equipo a	Derivado a la respuesta realizada a mi representada solicitamos a la convocante poder referenciar "paginación " como: El operador puede cambiar el tamaño de la presentación de ECG, activar y desactivar canales en la vista.	Id DEM: 6957, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar paginación como: "El operador puede cambiar el tamaño de la presentación de ECG, activar y	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código Clasificación República Unidad	Nombre o Razón Social del Licitante	Forma guía de Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA PREGUNTA	Así que dijo	
381	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.	5	4616	Monitoreo Electrocardiográfico Continuo y Ambulatorio (Holter) (GMDN 36827) de CENETEC, "SALUD" Referencia: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descarga/sbiomedica/guias_tecnologicas/19gt_holter.pdf Con fines de referenciación, solicitamos amablemente a la convocante permita referenciar "paginación" como la definición que viene en la Guía Tecnológica no. 19 mencionada anteriormente. ¿Se acepta? En el caso de no aceptar nuestra solicitud, solicitamos amablemente a la convocante definir la función de paginación. En el caso de los sitios donde se requiere desinstalar un equipo, se solicita a la Convocante aclarar si se requerirá transportar los mismos a otro destino o se dejarán en la misma Unidad Médica, de manera que se pueda considerar o no el costo del flete en las partidas que así lo requieran.	ofertar.	invertir la polaridad del ECG y mover la posición donde la gráfica del ECG que se ubica en la página. Seleccione el periodo de ECG que desea imprimir utilizando el botón izquierdo del mouse. Se abre un menú contextual; seleccione Imprimir ECG. Acepte la etiqueta Evento seleccionado por operador para el evento o introduzca una propia al seleccionar imprimir tira. ¿Se acepta?	desactivar canales en la vista, invertir la polaridad del ECG y mover la posición donde la gráfica del ECG que se ubica en la página," referenciando que Subsecuentemente las páginas son revisadas sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
				Id DEM: 4616, Respuesta: Se precisa que el licitante deberá desinstalar y embalar los equipos existentes para el resguardo dentro de la misma unidad médica. Los equipos deberán ser suministrados, en su caso instalados y puestos en operación por el Proveedor en las Unidades Médicas, conforme a lo indicado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" y Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato". Para lo anterior el Proveedor deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia. Para la instalación de los bienes, el Proveedor deberá informar por escrito	Solicitamos a la convocante y debido a que existen tiempos muy cortos para cumplir con lo solicitado, acepte que se le de aviso al Director Médico o Administrador del Contrato de la Unidad con un mínimo de 2 días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y acondicionamiento y/o instalación. Debido a que existiría un retraso de al menos 2 semanas para poder empezar con los trabajos pertinentes y complicaría el cumplimiento ¿Se acepta?	Id DEM: 6958, Respuesta: No se acepta. El licitante deberá coordinar con el responsable de la recepción de los bienes desinstalados su reubicación dentro de la propia unidad médica de destino final de los bienes nuevos adquiridos para el Instituto.	 	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017


MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código Único Registro Oferta	Nombre o Razón Social del Licitante	Fecha única de Licitación	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Alcance de la oferta
382	COMERLAT, S.A. DE C.V.	19	5145	Con fines de documentación de este punto, solicitamos a la convocante permita referenciar "Calipper" como su traducción al español: "Calibrador". ¿Se acepta?	<p>dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.</p> <p>Id DEM: 5145, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.1.6 calipper o compas para la medición de los complejos, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.</p>	Derivado a la respuesta realizada a mi representada solicitamos a la convocante poder referenciar "Calipper" como: "Calibradores/mediciones" que tienen la misma función del compás para medición de complejos. ¿Se acepta?	Id DEM: 6959, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar "Calipper" como: "Calibradores/mediciones" referenciando que tiene la misma función del compás para medición de complejos, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
383	CONDUIT LIFE S.A. DE V.C.	5	5094	PREGUNTA: Para no limitar la libre participación y pensando en que los hospitales deben contar con una fuente de respaldo por normalidad, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 6.7.6 "Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del establecimiento", y así mismo, tomando en cuenta que los equipos no serán usados para el transporte del paciente, solicitamos a la amable	<p>Id DEM: 5094, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en los numerales: 2.3.17 Con batería interna recargable., 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora., 2.3.17.2 Con cargador interconstruido., 2.3.17.3 Indicador de bajo nivel en pantalla, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.</p>	Entendemos entonces que debido a que las necesidades del área médica son contar con un respaldo de emergencia y de esta forma evitar cualquier imprevisto deberemos ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos, así aumentando la capacidad de rendimiento operativo de los equipos a ofertar. ¿Es correcto?	Id DEM: 6960, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar una batería de respaldo integrada con una duración de respaldo de al menos 90 minutos como opción para el punto 2.3.17.1 Con duración de al menos una hora, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Licitación	Nombre o Razón Social del Licitante	Requisito	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPLACANTIA	RESPUESTA A PREGUNTA	Ases que abando
384	LIBER SALUS S.A. DE C.V.	5	5844	convocante que se nos permita ofertar una fuente de respaldo UPS compacto, que brinde el soporte solicitado para el monitor, ya que esta característica no tiene impacto clínico y limita la libre participación para los monitores de gama avanzada de la mayoría de los licitantes. ¿se acepta?	Id DEM: 5844, Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.7.9.7.2 Etiquetado del sitio de medición de los transductores, del numeral 2.7.9.7 Presión arterial invasiva, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el instituto. Se acepta ofertar el etiquetado del sitio de medición de acuerdo a la nomenclatura propia del fabricante, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	Nuestra solicitud versa en la descripción del artículo en el numeral al que se hace referencia al etiquetado, nuestra tecnología lo hace y en nuestra literatura lo establece como al Etiquetado del sitio de medición de los transductores y son los siguientes: ART Presión Arterial Sanguínea LVP Presión del Ventrículo Izquierdo PAP Presión Pulmonar RVP Presión Ventricular Derecha CVP Presión Venosa Central LAP Presión de Atrio Izquierdo RAP Presión de Atrio Derecho ¿Esto es correcto?	Id DEM: 6861, Respuesta: Se acepta referenciar el etiquetado del sitio de medición de los transductores como: ART Presión Arterial Sanguínea LVP Presión del Ventrículo Izquierdo PAP Presión Arterial Pulmonar RVP Presión Ventricular Derecha CVP Presión Venosa Central LAP Presión de Atrio Izquierdo RAP Presión de Atrio Derecho, como opción para los numerales 2.7.9.7.2 Etiquetado del sitio de medición de los transductores, del numeral 2.7.9.7 Presión arterial invasiva, de la "Partida 39 - Anestesia Intermedia, Unidad de", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
385	OURUX, S.A. DE C.V.	1	3742	PLANTEAMIENTO. ART. 2 LAASSP PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY SE ENTENDERÁ POR: X. INVESTIGACIÓN DE MERCADO: LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL Y DEL PRECIO ESTIMADO BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD.	La solicitud de aclaración no se atiende en virtud de que no está directamente vinculada con algún punto de la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.	SE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE DENTRO DE LAS BASES EL PUNTO 1.2 MEDIO Y CARACTER DE LA LICITACION IDENTIFICA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION COMO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, MOTIVO POR EL CUAL LA PREGUNTA ESTA DIRECTAMENTE VINCULADA CON LAS BASES Y POR TANTO CON EL ESTUDIO DE MERCADO PREVIAMENTE REALIZADO Y QUE	Con relación a la aclaración de la licitante, se observa que no tiene el carácter de pregunta derivada de una respuesta que se haya proporcionado a una solicitud de aclaración, por tanto, resulta improcedente dar contestación a la misma. Sin perjuicio de lo anterior, es de señalarse que el carácter de la licitación se determinó conforme a lo establecido	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Contenido del ítem	Medios de acceso al sistema de licitación	ID del ítem	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA	Respuesta a la pregunta
			<p>DE ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS, DE FABRICANTES DE BIENES O PRESTADORES DE SERVICIOS, O UNA COMBINACIÓN DE DICHAS FUENTES DE INFORMACIÓN.</p> <p>ART. 26 LAASSP [...] PREVIO AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PREVISTOS EN ESTE ARTICULO, LAS ENTIDADES DEBERÁN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA CUAL SE DESPRENDAN LAS CONDICIONES QUE IMPERAN EN EL MISMO, RESPECTO DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, A EFECTO DE BUSCAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.</p> <p>PREGUNTA. ¿ES CORRECTO ENTENDER ENTONCES QUE LAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE MERCADO VERIFICARÁN LA EXISTENCIA DE LOS BIENES NACIONALES EN CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDA, ASÍ COMO LA EXISTENCIA DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO A FIN DE ELEGIR EL PROCEDIMIENTO DE</p>	<p>Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: "...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante...</p>	<p>DETERMINO EL TIPO DE PROCEDIMIENTO. POR LO ANTERIOR SE REPLANTEA LA PREGUNTA COMO INICIALMENTE FUE FORMULADA:</p> <p>PLANTEAMIENTO. ART. 2 LAASSP PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY SE ENTENDERÁ POR:</p> <p>X. INVESTIGACIÓN DE MERCADO: LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL Y DEL PRECIO ESTIMADO BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD, DE ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS, DE FABRICANTES DE BIENES O PRESTADORES DE SERVICIOS, O UNA COMBINACIÓN DE DICHAS FUENTES DE INFORMACIÓN.</p> <p>ART. 26 LAASSP [...] PREVIO AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PREVISTOS EN ESTE ARTICULO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA CUAL SE DESPRENDAN LAS CONDICIONES QUE IMPERAN EN EL MISMO, RESPECTO DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, A EFECTO DE BUSCAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.</p> <p>PREGUNTA. ¿ES CORRECTO ENTENDER ENTONCES QUE LAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE MERCADO VERIFICARÁN LA EXISTENCIA DE LOS BIENES NACIONALES EN CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDA, ASÍ COMO LA EXISTENCIA DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO A FIN DE ELEGIR EL PROCEDIMIENTO DE</p>	<p>en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Adicionalmente, el replanteamiento se refiere a cuestiones relacionadas con la investigación de mercado respectiva, que no forma parte del contenido de la convocatoria y sus anexos.</p>

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de Registro	Nombre y Razón Social del Participante	Rol del Participante	Código DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Área que atiende
386	OURUX, S.A. DE C.V.	3	3744	PLANTEAMIENTO. ART. 28 LAASSP (...). EN LOS CASOS EN QUE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL HAYA SIDO DECLARADA DESIERTA Y SIEMPRE QUE LA CONTRATANTE NO SE ENCUENTRE SUJETA AL ÁMBITO DE COBERTURA DE LOS TRATADOS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN OPTAR, INDISTINTAMENTE, POR REALIZAR UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS O UNA INTERNACIONAL ABIERTA. PREGUNTA. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CITE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO NACIONAL QUE LLEVÓ A CABO ANTES DE LA CONVOCATORIA EN CUESTIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LAASSP.	La solicitud de aclaración no se atiende en virtud de que no está directamente vinculada con algún punto contenido en la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: "...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante...	CONTRATACIÓN? SE REPLANTEA NUEVAMENTE LA PREGUNTA TODA VEZ QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR DE MI REPRESENTADA: PREGUNTA. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CITE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO NACIONAL QUE LLEVÓ A CABO ANTES DE LA CONVOCATORIA EN CUESTIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LAASSP.	El replanteamiento de la pregunta señalado por el licitante no tiene el carácter de pregunta derivada de una respuesta que se haya proporcionado a una solicitud de aclaración, por tanto, resulta improcedente dar contestación a la misma.	DI-MA
387	OURUX, S.A. DE C.V.	2	3743	PREGUNTA. DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE NO EXISTE OFERTA NACIONAL CAPAZ DE CUBRIR LAS NECESIDADES DESCRITAS, MOTIVO POR EL CUAL LA LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-E8-2017 NO ES DE CARÁCTER NACIONAL.	La solicitud de aclaración no se atiende en virtud de que no está directamente vinculada con algún punto contenido en la convocatoria y sus respectivos anexos, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45 del párrafo sexto del	SE REPLANTEA NUEVAMENTE LA PREGUNTA TODA VEZ QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR DE MI REPRESENTADA: PREGUNTA. DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE NO EXISTE OFERTA NACIONAL CAPAZ DE CUBRIR LAS NECESIDADES DESCRITAS, MOTIVO POR EL	El replanteamiento de la pregunta señalado por el licitante no tiene el carácter de pregunta derivada de una respuesta que se haya proporcionado a una solicitud de aclaración, por tanto, resulta improcedente dar contestación a la misma.	DEMA

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Contestador	Asignación de la oferta	Requisito	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Acta de Interacción
388	Distribuidora de Dispositivos Médico de México, S.A. de C.V.	4	5279	Lo solicitado no corresponde a una característica sustancial del equipo, por lo que entendemos que se nos permitirá ofertar un control a pasos de 4 metros ya que por la naturaleza del equipo y los estudios se debe tomar el disparo a esa distancia, además de que esto asegura que el control este siempre en el mismo lugar ¿Se acepta?	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: ...Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante...	CUAL LA LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-E8-2017 NO ES DE CARÁCTER NACIONAL.	Id DEM: 6966, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.15, Control Remoto inalámbrico, establecido en la presente convocatoria.	DEM
389	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	4	4021	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MÓDULO MULTIPARÁMETRICO CON CAPACIDAD DE HASTA CUATRO	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnico Médica referente al numeral 2.3.19 de la partida 3. Favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.3.19.1 En al menos dos	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MÓDULO MULTIPARÁMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS), ASI COMO MÓDULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS), DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y	Id DEM: 6966, Respuesta: Se precisa que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica


No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo Técnico de Preproceso	Asesoría Técnica	Repres. Legal	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Área que atiende
				PRESIONES INVASIVAS, ¿SE ACEPTA?	canales, establecido en la presente cédula de descripción del artículo.	CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS A MEDIR SOLICITADOS ¿SE ACEPTA?	equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo refutada.	
390	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	5	4022	CONSIDERANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CON LA INTENSIÓN DE BRINDAR AL PACIENTE OPCIONES AVANZADAS DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA INCLUSIÓN DE UN SOLO MODULO MULTIPARAMETRICO QUE INCLUYA GASTO CARDIACO, TODA VEZ QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL SER CONSIDERADO COMO UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud. Favor de atender a Precisión Técnica Médica referente al numeral 2.3.20 de la partida 3.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MODULO MULTIPARAMETRICO (CON ECG, SPO2, TEMP PRESION NO INVASIVA, GASTO CARDIACO Y 2 PRESIONES INVASIVAS). ASI COMO MODULOS INDIVIDUALES (ETCO2, EEG, Y BIS). DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA EN TANTO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TODA VEZ QUE NO DEMERITA EN NADA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS A MEDIR SOLICITADOS ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6967, Respuesta: Se precisa que la Central de monitoreo para múltiples camas solicitada, cuente con los módulos separados y extraíbles como se describe en los numerales 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 y 2.3.23 para el intercambio y/o cambio de módulos por el usuario final de los equipos, entre los monitores que integran la central de monitoreo refutada.	DEM
391	ISM INNOVA SALUD MEXICO, SAPI DE CV	10	4598	4.3.2 Proposición Técnica En caso de que mi representada no oferte bienes producidos en Estados Unidos Mexicanos (Anexo 6) bastará para cumplir con este punto un escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que NO APLICA, ¿Se acepta nuestra petición?	En atención a su solicitud de aclaración, resulta procedente señalar que se acepta, sin embargo se precisa que el parámetro del numeral 4.3.2 en CompaNet, se configuró como opcional.	Se solicita aclarar a la convocante, ¿si el NO presentar alguno de los dos documentos (Anexo 6 o el manifiesto de "No aplica"), no será causa de desechamiento?	En atención a la pregunta resulta procedente señalar que en los casos de los escritos y/o anexos que no resulte obligatorio presentar a los licitantes, no será causa de desechamiento si deponen entregar documentos con la leyenda no aplica, con relación a los casos señalados.	DEM
392	Distribuidora de Dispositivos Médico de México, S.A. de C.V.	2	4682	Capacidad de asistencia técnica. Solicitamos a la Convocante nos indique si podemos colocar los números de centro de servicio del fabricante y/o distribuidor mayorista. Favor de indicar.	Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del subrubro 1.2 del Rubro 1.- Capacidad del licitante, del Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnica Administrativa, deberá presentar el currículum del licitante, que deberá	Para cumplir con este punto solicitamos a la convocante me permita presentar un Convenio de Atención a mis clientes en los Centros de Servicios del Fabricante o Distribuidor Primario, ¿se acepta?	Id DEM: 6969, Respuesta: No se acepta su solicitud. Para acreditar el cumplimiento del subrubro 1.2 del Rubro 1.- Capacidad del licitante, del Anexo 1.6 Criterios de Evaluación Técnica Administrativa, deberá presentar el currículum del licitante, que deberá acompañar su propuesta técnica, en el cual se cuantificará la cantidad de Sucesores y Centros de Servicios con	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consejo adquisitivo nacional de compras internacionales	Nombre y Razón Social del Postulante	Rango Punto del Licitante ID	ID DEM	PREGUNTA	RESUESTA	REPRESENTA	RESUESTA REQUERIDA	Presupuesto alzado
393	Distribuidora de Dispositivos Médico de México, S.A. de C.V.	3	5268	Para evitar una baja resolución en las imágenes debido a que en las técnicas radiológicas no alcanzan un kilovoltaje pico de 130 kV y eso implicaría bajar mucho el mA, por lo que solicitamos a la convocante de la manera nos permita ofertar un Kilovoltaje pico de 125kV o mayor en pasos de 1kV, ¿se acepta nuestra petición?	acompañar su propuesta técnica, en el cual se cuantificará la cantidad de Sucursales y Centros de Servicios con los que cuente el licitante. Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral 2.1.3. Ajuste de Kilovoltaje pico de 40 KV o menor a 130KV o mayor, en pasos de 1KV, establecido en la presente convocatoria.	Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos reconsidere su respuesta debido a que limita la libre participación y en la práctica no se limita se usa este rango tan alto ya que comprometería el mA debido a la potencia de 30 kW lo que resultaría en una imagen de baja calidad, solicitamos se nos acepte un Kilovoltaje pico de 125kV o mayor en pasos de 1kV, ¿se acepta nuestra petición?	los que cuente el licitante.	DEM
394	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	4337	Entendemos que para este punto el equipo debe tener la capacidad de ajuste de pendiente de crecimiento automático activo para todas las respiraciones basadas en presión, ¿es correcta nuestra apreciación?	Respuesta: No es correcta su apreciación, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente cédula de descripción del artículo, en el numeral 2.3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto favor de atender a la descripción solicitada, establecida en la presente convocatoria.	Entendemos en este punto que para mayor confort del paciente el ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión. El equipo debe tener la capacidad de ajuste de pendiente de crecimiento manual y automático de acuerdo a la necesidad del paciente. Es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 6971, Respuesta: No es correcta su apreciación, en la característica solicitada por la convocante en el numeral 2.3.16 se solicita Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, la convocante no hace mención que deba tener la capacidad de ajuste de pendiente de crecimiento manual y automático de acuerdo a la necesidad del paciente, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto como obligatoria. Se acepta que el licitante oferte capacidad de ajuste de pendiente de crecimiento manual y automático de acuerdo a la necesidad del paciente, sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera. Favor de atender lo solicitado en el numeral 2.3.16 Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa o incremento de la pendiente de presión, establecido en la presente convocatoria.	DEM
398	DEWIMED, S.A.	1	5213	DICE: PANTALLA TÁCTIL PARA EL DESPLIEGUE Y AJUSTE DE LOS	ID DEM: 5213, RESPUESTA: NO SE	UNA PANTALLA TÁCTIL PARA EL DESPLIEGUE Y AJUSTE	Id DEM: 6982 Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código de identificación de la oferta	Nombre y Razón Social del oferente	Fecha de entrega de la oferta	ID DEP	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Área que usará
399	DEWIMED, S.A.	2	5214	<p>SIGUIENTES PARÁMETROS: TIPO DE PULSO, ENERGÍA, ACTIVACIÓN DEL LÁSER Y CONTADOR DE DISPAROS. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN Y BOTONES DE AJUSTE DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ENERGÍA, NÚMERO DE PULSOS TOTALES, MODO DE PULSO, RESETEO, ENERGÍA TOTAL, ADVERTENCIA DE DESVIACIÓN DE ENERGÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.16 PANTALLA TÁCTIL PARA EL DESPLIEGUE Y AJUSTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TIPO DE PULSO, ENERGÍA, ACTIVACIÓN DEL LÁSER Y CONTADOR DE DISPAROS" ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.</p>	<p>DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS: TIPO DE PULSO, ENERGÍA, ACTIVACIÓN DEL LÁSER Y CONTADOR DE DISPAROS. EL EQUIPO A OFERTAR, CUENTA CON UN CONTROL REMOTO Y PANTALLA LCD PERMITIENDO EL AJUSTE DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS; LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE NOS PERMITE OFERTAR EQUIPO CON CONTROL REMOTO Y PANTALLA LCD?</p>	<p>descripción solicitada en el numeral "2.16 Pantalla táctil para el despliegue y ajuste de los siguientes parámetros: tipo de pulso, energía, activación del láser y contador de disparos" Establecida en la presente cédula de descripción de artículo.</p>	DEM
				<p>DICE: TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE LA MISMA MARCA DE LA LÁMPARA DE HENDIDURA CON ESCALA DE MEDICIÓN DE 0 A 80 MMHG O MAYOR Y CON SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO. EL EQUIPO QUE OFERTAMOS CUENTA CON TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE GOLDMANN, DE LA MARCA HAAG-STREIT, LA CUAL ES LA MARCA LÍDER EN EL MERCADO, Y LA PRIMERA EN DESARROLLAR EL MÉTODO DE TONOMETRÍA DE APLANACIÓN. ESTE TONÓMETRO ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA LÁMPARA DE HENDIDURA, YA QUE CUENTA CON LA MONTURA ADECUADA PARA EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DE LA TONOMETRÍA, MISMA QUE ES MUY IMPORTANTE AL MOMENTO DE REALIZAR UNA IRIDOTOMÍA YA QUE ES NECESARIO REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA PIO ANTES Y DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO CON LÁSER, Y ES INDISPENSABLE QUE EL TONÓMETRO</p>	<p>Id DEM: 5214, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "3.7 Tonómetro de aplanación de la misma marca de la lámpara de hendidura con escala de medición de 0 a 80 mmHg o mayor y con soporte de montaje incluido. (Indicar tonómetro)." establecido en la presente cédula de descripción del artículo.</p>	<p>EN EL PUNTO 3.7 SOLICITAN UN TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE LA MISMA MARCA DE LA LÁMPARA DE HENDIDURA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN EQUIPO CON UN TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE GOLDMANN, DE LA MARCA HAAG-STREIT, EL CUAL ES COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON LA LÁMPARA DE HENDIDURA Y DA UNA MEJOR MEDIDA DE PRECISIÓN EN LA TOMA DE LA PIO, OTORGANDO ASÍ LA EXIGENCIA QUE SE REQUIERE PARA DICHO TRATAMIENTO. SIENDO ASÍ, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO TONÓMETRO DE APLANACIÓN GOLDMANN, DE LA MARCA HAAG-STREIT, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Id DEM: 6984, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "3.7 Tonómetro de aplanación de la misma marca de la lámpara de hendidura con escala de medición de 0 a 80 mmHg o mayor y con soporte de montaje incluido. (Indicar marca y modelo del tonómetro)." establecido en la presente cédula de descripción del artículo.</p>	

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Código de oferta	Nombre y Domicilio Social del Participante	Forma de Pago	ID	REGISTRO	RESPUESTA	DEMANDA	Observaciones	Estado
400	DEWIMED, S.A.	3	5215	CUMPLA CON LA EXIGENCIA DE PRECISIÓN Y EXACTITUD EN LA TOMA DE LA P.O. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO TONOMETRO DE APLANACIÓN DE GOLDMANN DE LA MARCA HAAG-STREIT, PARA ASEGURAR QUE LA MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE LA MANERA MÁS PRECISA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5215, Respuesta: No es correcta su oferta LÁMPARA DE HALÓGENO DE REPUESTO 6V/20W como opción para el punto "4.1 Lámpara de halógeno de repuesto 6V / 20W (indicar número de parte).", sin ser obligatorio para los licitantes hacerlo de esta manera.	EN EL PUNTO 4.1, SE SOLICITA LÁMPARA DE HALÓGENO DE REPUESTO 6V/20W, NUESTRA LÁMPARA DE HALÓGENO DE REPUESTO ES DE 12V/30W, EL CUAL PERMITE UTILIZAR UNA INTENSIDAD DE LUZ SUPERIOR A LA SOLICITADA, OFRECIÉNDOLE AL MÉDICO UN MAYOR DETALLE Y TRATAMIENTO AL PACIENTE, EVITANDO COMPLICACIONES POSTERIORES AL TRATAMIENTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR UN LENTE DE 12V/30W, PERMITIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 6985, Respuesta: No es correcta su apreciación. Se acepta ofertar LÁMPARA DE HALÓGENO DE REPUESTO DE 12V/30W como opción para el punto "4.1 Lámpara de halógeno de repuesto 6V / 20W (indicar número de parte).", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
401	DEWIMED, S.A.	4	5229	SOLICITAN "SISTEMA DE MOVIMIENTO XY MOTORIZADO, CON BOTÓN DE PUESTA A CERO Y/O PRECENTRADO AUTOMÁTICO, DE AL MENOS 30 MM EN X Y 30 MM EN Y". SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON RANGO DE 50MM CON LA FINALIDAD EVITAR AJUSTES MECÁNICOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 5229, Respuesta: No se da respuesta puntual toda vez que no refiere el eje del rango de 50 mm del equipo que pretende ofertar.	EN EL PUNTO 2.2.9, SE SOLICITA "SISTEMA DE MOVIMIENTO XY MOTORIZADO, CON BOTÓN DE PUESTA A CERO Y/O PRECENTRADO AUTOMÁTICO, DE AL MENOS 30 MM EN X Y 30 MM EN Y". LA DISTANCIA REQUERIDA ES MUY PEQUEÑA PARA PROCEDIMIENTOS DE NEUROCIRUGÍA YA QUE EL MÉDICO TIENE QUE REPOSICIONAR EL MICROSCOPIO MANUALMENTE DURANTE LA CIRUGÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL RANGO A 50MM EN X Y 50MM EN Y COMO MÍNIMO CON LA FINALIDAD EVITAR AJUSTES MECÁNICOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.	Id DEM: 6986, Respuesta: No se acepta su solicitud de ampliar el rango. Se acepta ofertar RANGO A 50MM EN X Y 50MM EN Y como opción para el punto "2.2.9 Sistema de movimiento XY motorizado, con botón de puesta a cero y/o precentrado automático. De al menos 30 mm en X y 30 mm en Y", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Debiendo ofertar y comprobar documentalmente el Sistema de movimiento XY motorizado, con botón de puesta a cero y/o precentrado automático, que se solicita.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017




MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Código catálogo Nomenclatura Unidad	Nombre Materia Social del Contratante	Banco Financiero del Gobierno	PREGUNTA	RESPUESTA	¿SE ACEPTA?	RESPUESTA AL PREGUNTA	Área que Atiende
402	DEWIMED, S.A.	5	SOLICITAN "DISPOSITIVO DE CO-OBSERVACIÓN SIMULTÁNEA (CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE VISIÓN, RESPECTO AL TUBO BINOCULAR PRINCIPAL), CON INCLINACIÓN VARIABLE DE AL MENOS 45° A 90° O MAYOR". SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL PUNTO COMO DISPOSITIVO DE CO-OBSERVACIÓN SIMULTÁNEA, CON INCLINACIÓN VARIABLE, YA QUE ESTE SISTEMA AMPLIA EL RANGO DE INCLINACIÓN DE TRABAJO PARA LOS CIRUJANOS Y LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5231, Respuesta: Se acepta ofertar dispositivo de co-observación simultánea, con inclinación variable como opción para el punto "2.3.8 Dispositivo de co-observación simultánea (con las mismas características de visión, respecto al tubo binocular principal), con inclinación variable de al menos 45° a 90° o mayor.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	¿SE ACEPTA? DISPOSITIVO DE CO-OBSERVACIÓN SIMULTÁNEA (CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE VISIÓN, RESPECTO AL TUBO BINOCULAR PRINCIPAL), CON INCLINACIÓN VARIABLE DE AL MENOS 45° A 90° O MAYOR", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO DE CO-OBSERVACIÓN SIMULTÁNEA (CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE VISIÓN, RESPECTO AL TUBO BINOCULAR PRINCIPAL), CON INCLINACIÓN VARIABLE DE AL MENOS 45° A 90° O MAYOR", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA.	Id DEM: 6987, Respuesta: Se acepta ofertar dispositivo de co-observación simultánea (con las mismas características de visión, respecto al tubo binocular principal), con inclinación variable de al menos 45° a 90° o mayor.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
403	DEWIMED, S.A.	6	Dice: Sistema de videograbación (incluye marca y modelo y/o número de catálogo) Entendemos que la convocante en este punto solicita un sistema de videograbación interno en el cuerpo del microscopio ¿es correcta nuestra apreciación?	Id DEM: 3980, Respuesta: No es correcta su apreciación, se acepta ofertar Sistema de videograbación interno en el cuerpo del microscopio como opción para el punto "3.2 Sistema de videograbación (incluye marca y modelo y/o número de catálogo).", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	VIDEOGRABACIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) "SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN CON ALMACENAMIENTO EN SU PROPIO DISCO DURO CON CAPACIDADES HASTA 2 TB CON GRABADOR DVD Y PUERTO USB, LO CUAL REPRESENTA UNA VENTAJA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 6988, Respuesta: Se acepta ofertar SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN CON ALMACENAMIENTO EN SU PROPIO DISCO DURO CON CAPACIDADES HASTA 2 TB CON GRABADOR DVD Y PUERTO USB como opción para el punto "3.2 Sistema de videograbación (incluye marca y modelo y/o número de catálogo).", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM
404	DEWIMED, S.A.	7	Pregunta: El equipo a ofertar cuenta con un rango de enfoque superior de 207 a 470mm por lo que permite un mayor campo de trabajo, un mejor posicionamiento y una ergonomía mayor por lo que solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar "Enfoque motorizado regulable en un rango entre de 207 a 470mm" para mejorar la oferta tecnológica. ¿Se acepta?	Id DEM: 5122, Respuesta: Se acepta ofertar Enfoque motorizado regulable en un rango entre de 207 a 470mm como opción para el punto "2.3.6 Enfoque motorizado regulable en un rango entre de 200 a 400 mm o mayor.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	EN EL PUNTO 2.3.6, SE SOLICITA "ENFOQUE MOTORIZADO REGULABLE EN UN RANGO ENTRE DE 200 A 400 MM O MAYOR". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ENFOQUE MOTORIZADO REGULABLE EN EL RANGO DE 224 A 510 MM, DEBIDO A QUE LA DISTANCIA SOLICITADA DE 200MM A 400 MM LIMITA SU USO EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS	Id DEM: 6989, Respuesta: Se acepta ofertar ENFOQUE MOTORIZADO REGULABLE EN EL RANGO DE 224 A 510 MM como opción para el punto "2.3.6 Enfoque motorizado regulable en un rango entre de 200 a 400 mm o mayor.", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	DEM

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Código de artículo de la oferta	Compañía/Entidad Social del licitante	Edad mínima del licitante	ID DEM	PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA REPREGUNTA	Atender
405	DEWIMED, S.A.	8	5232	DICE: TUBO BINOCULAR OBLICUO 45°. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL PUNTO COMO TUBOS BINOCULARES DE ÁNGULO VARIABLE, LOS CUALES BRINDAN AL MÉDICO USUARIO UN MEJOR AJUSTE Y MAYOR ERGONOMÍA Y CUYO BENEFICIO, ES REDUCIR LA FATIGA POR LA TENSIÓN DE LOS MÚSCULOS EN CABEZA Y CUELLO DEL MÉDICO, PROVOCADOS POR UNA POSICIÓN FIJA EN PERIODOS PROLONGADOS DE TIEMPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA	obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	NEUROQUIRÚRGICOS, Y AL AMPLIAR EL RANGO SELECCIONABLE DE LA DISTANCIA DE TRABAJO NOS PERMITE CONTAR CON UN MICROSCOPIO CAPAZ DE SER UTILIZADO EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS COMO FOSA SUPERIOR Y FOSA POSTERIOR. ¿SE ACEPTA OFERTAR ENFOQUE MOTORIZADO VARIABLE DE 224MM A 510MM?	Id DEM: 6990, Respuesta: Se acepta ofertar TUBO BINOCULAR CON INCLINACIÓN AJUSTABLE DE 200° como opción para el punto "2.3.8 Tubo binocular oblicuo 45°", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
406	DEWIMED, S.A.	9	5241	SOLICITAN PUNTA DE VITRECTOMÍA, REUSABLE, CON MANGAS O CAMISAS DE SILICÓN. CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE POR HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PACIENTE LOS VITRECTORES DEBEN SER DE USO ÚNICO, ADEMÁS, ASÍ SE GARANTIZA EL EXCELENTE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 5232, Respuesta: Se acepta ofertar TUBOS BINOCULARES DE ÁNGULO VARIABLE como opción para el punto "2.3.8 Tubo binocular oblicuo 45°", sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.	EN EL PUNTO 3.6 SOLICITAN PUNTA DE VITRECTOMÍA, REUSABLE, CON MANGAS O CAMISAS DE SILICÓN. NUESTROS VITRECTORES, AL SER DE DOBLE GUILLOTINA SON DE USO ÚNICO; EL CUAL OTORGA LA SEGURIDAD DE EVITAR CONTAMINACIONES CRUZADAS AL ESTAR RE-ESTERILIZANDO LAS PIEZAS, ASÍ COMO GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE FACOEMULSION, PERMITIENDO AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO A OFERTAR, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA REFERENCIAR VITRECTORES DESECHABLES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Id DEM: 6991, Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de atender a la descripción solicitada en el numeral "3.6 Punta para vitrectomía, reusable, con mangas o camisas de silicon.", establecida en la presente cédula de descripción del artículo.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA




REPREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS PRECISIONES OTORGADAS POR LA CONVOCANTE

Catálogo Preguntas	No. Pregunta	ID DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Tipo de Precisión	No. de Precisión	Pregunta	Respuesta
79		6656	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	Precisión Técnica	5	Con relación a la precisión técnica No. 5, mediante el cual se modifican diversos aspectos relativos al numeral 5.2 Evaluación de la proposición técnica, en particular con el punto "Acto de Demostración de las características Ofertadas", al respecto, se solicita a la Convocante que con la finalidad de fomentar la transparencia y promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción, permita asistir a los licitantes interesados en calidad de observadores, a las diversas demostraciones de características ofertadas que realicen los demás licitantes, de conformidad con lo señalado en el "Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y proroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones" del 28 de febrero de 2017.	Id DEM: 6656, Respuesta: No se acepta su solicitud, toda vez que puede ser violatorio del derecho de confidencialidad de las propuestas técnicas que presenten los licitantes en términos del primer párrafo del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
117	22	6694	GRUPO ADDIM, S. A DE C. V.	Técnica	5	Con relación a la precisión técnica No. 5, mediante el cual se modifican diversos aspectos relativos al numeral 5.2 Evaluación de la proposición técnica, en particular con el punto "Acto de Demostración de las características Ofertadas", al respecto, se sugiere atentamente a la Convocante que con la finalidad de asegurar al Instituto las mejores condiciones de compra, observar lo dispuesto en el artículo 29, fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en virtud de que la Convocante está requiriendo verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas	Id DEM: 6694, Respuesta: Se aclara que lo solicitado en el numeral 5.2, específicamente a la parte del numeral 5.2.8 relativo al "Acto de Demostración de las características Ofertadas" y la precisión técnica No. 5, a los que hace mención el licitante, contempla y se apega estrictamente al artículo 29 fracción X de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
395		6979	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	Precisión Técnica	36	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS VAPORIZADORES QUE NO TIENEN UN NUMERO ENTRE PARENTESIS SOLO SE ENTREGARÁ UNO. ¿ES CORRECTO?	Id DEM: 6979, Respuesta: Es correcto, todos aquellos vaporizadores que en la precisión Técnica No. 36 no tienen un número entre paréntesis, deberá de entregarse sola pieza de cada uno.
396		6980	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	Precisión Técnica	39	DICE: 3.4 CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE ADULTO (TRES PIEZAS) (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO), DADO QUE EN EL PUNTO 3.3 SOLICITAN TREINTA CIRCUITOS DESECHABLES, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PARA EL PUNTO 3.4 NOS PERMITA OFERTAR 30 CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	Id DEM: 6980, Respuesta: No se acepta, la convocante requiere que se oferten Cámaras de humidificación reusable adulto (tres piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), acorde a la Precisión Técnica No. 39.
397		6981	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	Precisión	39	PUNTO 3.11.- SOLICITAN TREINTA CIRCUITOS	Id DEM: 6981, Respuesta: No se acepta, la convocante requiere

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Condiciones de Pago	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Tipo de Precisión	No. de Precisión	Pregunta	Respuesta
407	6996	Dräger Medical México, S.A. de C.V.	Precisión Técnica	25	DESECHABLES, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PARA EL PUNTO 3.12, NOS PERMITA OFERTAR TREINTA CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES, ¿SE ACEPTA? DICE: 2.4.5. Pantalla con operación o control mediante teclado o membrana o sensible al tacto o perilla selectora, LCD, LCD - TFT o TFT o LED a color de mínimo 6" o mayor. PREGUNTA: Debemos entender que el equipo deberá de contar con los medios de acuerdo a la tecnología de cada fabricante para desplegar visualmente la temperatura del aire y del paciente, indicadores y alarmas o en su caso una pantalla a color de mínimo 6" LCD, LCD-TFT o TFT o LED. ¿Es correcto?	que se oferten Cámaras de humidificación reusable pediatría-neonatal (tres piezas) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). Id DEM: 6996, Respuesta: Se precisa que aborde a la Precisión No. 25 del numeral 2.4.5, la convocante solicita que se oferte y haga referencia a un equipo con pantalla con operación o control mediante teclado o membrana o sensible al tacto o perilla selectora, LCD, LCD - TFT o TFT o LED a color de mínimo 6" o mayor, donde se puedan visualizar los controles solicitados en la presente cédula de descripción de artículo de la "Partida 14 - Incubadora de traslado."
408	6997	Dräger Medical México, S.A. de C.V.	Precisión Técnica	39	De acuerdo a la precisión realizada por la convocante, solicitamos nos confirmen que se requiere ofertar cables adaptadores para humidificador que sean compatibles con los circuitos de paciente descritos. ¿Es correcto?	Id DEM: 6997, Respuesta: Si, es correcta su apreciación.
409	6998	Dräger Medical México, S.A. de C.V.	Precisión Técnica	40	De acuerdo a la precisión realizada por la convocante, solicitamos nos confirmen que se requiere ofertar cables adaptadores para humidificador que sean compatibles con los circuitos de paciente descritos. ¿Es correcto?	Id DEM: 6998, Respuesta: Si, es correcta su apreciación.
410	6999	Dräger Medical México, S.A. de C.V.	Precisión Técnica	41	De acuerdo a la precisión realizada por la convocante, solicitamos nos confirmen que se requiere ofertar cables adaptadores para humidificador que sean compatibles con los circuitos de paciente descritos. ¿Es correcto?	Id DEM: 6999, Respuesta: Si, es correcta su apreciación.
411	7000	Dräger Medical México, S.A. de C.V.	Precisión Técnica	44	De acuerdo a la precisión realizada por la convocante, solicitamos nos confirmen que se requiere ofertar cables adaptadores para humidificador que sean compatibles con los circuitos de paciente descritos. ¿Es correcto?	Id DEM: 7000, Respuesta: Si, es correcta su apreciación.
412	7001	GRUPO ORINLA, S.A DE C.V.	Precisión Técnica	37	Se entiende que se podrá ofertar pedal monopolar y bipolar o pedal doble para función monopolar y bipolar ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.	Id DEM: 7001, Respuesta: Es correcta su apreciación.
413	7002	INTERNATIONAL EQUIPMENT JCB, S.A. DE C.V.	Precisión Técnica	36	De acuerdo a la precisión mencionada, para "Partida 39 - Unidad de Anestesia Intermedia" deberá suministrarse, para el caso de algunos hospitales, uno o más vaporizadores de desflurano. Existe únicamente una casa comercial que maneja esta tecnología, además de que el instituto adquiere dicho gas anestésico con esta casa comercial, quienes les facilitan su vaporizador, por lo que resulta incongruente el requerimiento de los vaporizadores de desflurano para cada uno de los hospitales donde así lo solicitan, aumentando en una relación de hasta 3 a 1 el precio de cada vaporizador a entregar comparándolos contra el costo habitual de los vaporizadores de sevo e isoflurano, lo que, incrementa, considerablemente el total de la propuesta económica, por lo	Id DEM: 7002, Respuesta: No se acepta su solicitud, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la Precisión Técnica No. 36, lo cual obedece a las necesidades propias de las Unidades Médicas donde se entregarán los equipos correspondientes a la "Partida 39 - Unidad de Anestesia Intermedia". El Licitante deberá atender a lo solicitado para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Consecutivo Preguntante	Representante Licitante	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Tipo de Precisión	No. de Precisión	Pregunta	Respuesta
414		7003	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	Precisión Técnica	32	que solicitamos a la convocante el apego al requerimiento mostrado en el "Cuadro básico institucional de equipo médico" por parte del IMSS y con actualización el Lunes 14 de Agosto de 2017, el cual rige este evento licitatorio, en donde se requiere "Dos vaporizadores con sistema de exclusión" sin ahondar en el tipo de gas anestésico a suministrar para cada uno de ellos, por lo que se sugiere a la convocante que rectifique esta precisión con el objetivo de que permanezcan aquellos vaporizadores correspondientes a sevoflurano e isoflurano. CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO: Partida 25 Clave 20670 Clave PREI: 531.616.5116.01.01 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGIA) ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS PUNTO 2.18 Charola de Acero Inoxidable tipo AISI-304 calibre 24, para recolección de líquidos como parte de la mesa en la sección de pelvis durante los procedimientos quirúrgicos, la cual debe ser desmontable para su limpieza y descontaminación. PREGUNTA: con el fin de demostrar el tipo de acero inoxidable solicitamos amablemente a la convocante permita referenciar como 1.4301 que es el equivalente en Alemania, demostrando así la calidad y especificación de lo requerido. ¿Se acepta?	Id DEM: 7003, Respuesta: Con fines de comprobación documental como opción podrá referenciar como 1.4301 el acero inoxidable AISI 304 solicitado en el numeral 2.18 Charola de Acero Inoxidable tipo AISI-304 calibre 24, para recolección de líquidos como parte de la mesa en la sección de pelvis durante los procedimientos quirúrgicos, la cual debe ser desmontable para su limpieza y descontaminación, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Se precisa que el numeral 2.18 actualiza lo solicitado en el numeral 3.1.10 Charola para recolección de líquidos. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo), por lo que solo deberá ofertar y comprobar documentalmente lo solicitado en el numeral 2.18.
415		7008	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.	Técnica	3, 14	Entendemos que debido a que se realizó el cambio de la leyenda de las cartas como "carta bajo protesta de decir verdad" a "carta compromiso" para el caso de la carta compromiso del fabricante donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0, entendemos que no será motivo de descalificación si la presente carta se entrega como carta bajo protesta de decir verdad ya que a estas alturas ya se solicitaron las cartas correspondiente ¿Es correcta mi apreciación? Debido a que en la precisión se dio la apertura para "ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad o Administrador de contrato o Ingeniero Biomédico o Jefe de Conservación" para la visita a las instalaciones, entendemos que debido a que mi representada cumplió cabalmente con	Id DEM: 7008, Respuesta: No es correcta su apreciación. En términos del tercer párrafo del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
416		7009	Radiología y Electrónica de México S.A. DE C.V.	Técnica 5	5		Id DEM: 7009, Respuesta: No es correcta su apreciación. En términos del tercer párrafo del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones,

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-019GYR040-E8-2017



Consecutivo Repregunta	Repregunta Licitante	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Tipo de Precisión	No. de Precisión	Pregunta	Respuesta
417		7012	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A DE C.V.	Precisión Técnica	39	las visitas entendemos que si debido a que el Director Médico en ocasiones por encontrarse de vacaciones, comisión o simplemente delegaba esa responsabilidad al siguiente a cargo, entendemos se nos permitirá entregar las cartas de visita con el nombre, firma, matrícula y sello del Administrador del Hospital y/o subdirector administrativo ¿Se acepta nuestra propuesta?	formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
		7012				Partida 43 Punto 3.11 Treinta circuitos de paciente pediátricos desechables (diámetro interno: 15 mm), libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). Pregunta: Se solicita a la convocante de la manera más atenta que para este punto permita ofertar la tecnología propia de cada fabricante con lo anterior nos referimos a: Treinta circuitos de paciente adulto/pediátricos desechables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). ¿Se acepta?	Id DEM: 7012, Respuesta: Se acepta ofertar Treinta circuitos de paciente adulto/pediátricos desechables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
418		7013	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A DE C.V.	Precisión Técnica	40	Partida 44 Punto 3.12 Treinta circuitos de paciente pediátricos desechables (diámetro interno: 15 mm), libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). Pregunta: Se solicita a la convocante de la manera más atenta que para este punto permita ofertar la tecnología propia de cada fabricante con lo anterior nos referimos a: Treinta circuitos de paciente adulto/pediátricos desechables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo). ¿Se acepta?	Id DEM: 7013, Respuesta: Se acepta ofertar Treinta circuitos de paciente adulto/pediátricos desechables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) (indicar marca, modelo y/o número de catálogo), sin ser obligatorio para los demás licitantes referenciarlos de esta manera.
419		7014	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de CV.	Precisión Técnica	15	Entendemos que no será motivo de descalificación mantener el formato previamente enviado por la convocante para la visita a sitios en donde se elimina la leyenda de bajo protesta de decir verdad ¿Es correcto?	Id DEM: 7014, Respuesta: No es correcta su apreciación. En términos del tercer párrafo del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
420		7015	ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A.	Precisión Técnica	30	DICE: CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: Partida 19 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO, UNIDAD RADIOLOGICA PREGUNTA: En ningún punto de la cédula de descripción de artículo se solicita mampara para protección radiológica y según la NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, aplicable para el equipo solicitado en esta partida menciona lo siguiente: 5.6.3 En instalaciones fijas, es indispensable que la protección del operador durante la exposición consista en una mampara fija si la consola de control está dentro de la	Id DEM: 7015, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica
No. LA-019GYR040-E8-2017

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA













Consecutivo Pregunta	Repregunta Licitante	Id DEM	Nombre o Razón Social del Licitante	Tipo de Precisión	No. de Precisión	Pregunta	Respuesta
421		7016	ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A.	Precisión Técnica	30	<p>sala de rayos X.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de cumplir con la NOM y se adquieran todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento, se deba ofertar una mampara de protección contra la radiación ¿Se acepta?</p> <p>DICE: CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO: 19</p> <p>Partida MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO, UNIDAD RADIOLOGICA PARA</p> <p>PREGUNTA: De acuerdo a la NOM-229-SSA1-2002, aplicable para el equipo solicitado en esta partida menciona lo siguiente:</p> <p>7.2.1 Proveer el equipo y accesorios necesarios, así como establecer un programa de control de calidad para el equipo generador de rayos X, la consola de control, el sistema de imagen, la operación...</p> <p>Según la cedula de descripciones no se menciona que se deba ofertar kit o herramientas de control de calidad por lo que se solicita al convocante que con la finalidad de cumplir lo establecido según la NOM, se deba demostrar que los equipos ofertados cuentan con programas de control de calidad y se suministre la totalidad de las herramientas necesarias para llevarlos a cabo de acuerdo al manual de cada fabricante ¿Se acepta?</p>	<p>Id DEM: 7016, Respuesta: No es correcta su apreciación. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente convocatoria / cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o requisito planteado por la empresa no es requerida para el Instituto.</p>

Áreas que atendieron las solicitudes de aclaración formuladas por parte de los licitantes que manifestaron su interés en tiempo y forma:

1. **DEMM.-** División de Equipo y Mobiliario Médico en su calidad de área contratante, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
2. **DEM.-** División de Equipamiento Médico en su calidad de área técnica, dependiente de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.

LISTA DE ASISTENCIA DE LICITANTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040-E8-2017 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL "PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL IMSS, 2017"

29 DE AGOSTO DE 2017.

No.	NOMBRE DE REPRESENTANTE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
1.	Rosa Cecilia Salazar Santos	Representante TS. INMAT		
2.	Javier Germán García Cornejo	Representante del Testigo Social INMAT, A.C.		
3.	JORGE ARTURO RUBIO GUZMAN	TITULAR DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO		
4.	EDUARDO OVIDIO LÓPEZ	ORGANO INTERNO DE CONTROL		
5.	Fredy Arias Hernández	Division de Equipo y Mobiliario Médico		
6.				
7.				
8.				