



CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION	CANTIDAD	
PARTIDA	F. ACTUALIZACION:	11/12/2014
CLAVE SAI	H. ACTUALIZACION	14:08:44
CLAVE PREI	F. IMPRESION	11/12/2014
NOMBRE GENERICO		HORA: 14:08:00
MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA		

LICITANTE	
MARCA	
MODELO	
CATALOGO	
HOJA 1 DE 2	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Definición
 - 1.1. Equipo eléctrico que permite realizar cortes exactos de tejidos por medio de cuchillas.
2. Descripción
 - 2.1. Con control de avance y posición de la muestra en eje X-Y
 - 2.2. Retracción de 100 micras durante el ascenso
 - 2.3. Manivela con seguro activado por el pulgar que actúa en cualquier posición.
 - 2.4. Discos portabloques.
 - 2.5. Contador de secciones (con pantalla de cristal liquido).
 - 2.6. Control de retracción lateral.
 - 2.7. Avance de especimen de 1 a 30 micras en pasos de 1 micra
 - 2.8. Avance de especimen grueso: 200 micras por revolución
 - 2.9. Avance total del espécimen 18 mm (16 mm entre los pasos de límite audible).
 - 2.10. Movimiento vertical del espécimen: 52 mm,
 - 2.11. Angulación de la cuchilla de 0° a 20°,
 - 2.12. Angulación del espécimen: ± 5 grados con microajuste X-Y,
 - 2.13. Sostén de cuchillas
 - 2.14. Sostén de especimenes, con adaptador para cuchillas desechables de bajo y alto perfil.
 - 2.15. Cuchillas de acero inoxidable de 125 mm,
 - 2.16. Cubierta para polvo.
3. Accesorios
 - 3.1. Juego de herramientas.
4. Consumibles
 - 4.1. Bote de aceite.
 - 4.2. Tres cajas de cuchillas desechables de alto perfil (cada caja con 50 piezas).
 - 4.3. Tres cajas de cuchillas desechables de bajo perfil (cada caja con 50 piezas).
5. Instalación
 - 5.1. Corriente eléctrica 120V/60 Hz.
6. Mantenimiento
 - 6.1. Programa calendarizado o calendario de mantenimiento preventivo, que incluya la descripción de las actividades a efectuar.

4
RPI/FNA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI 533.631.0106.01.01
CLAVE PREI 000000000012299

F. ACTUALIZACION: 00/00/00
F. IMPRESION: 11/12/2014
HORA: 14:08:44 HOJA 2 DE 2


MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA

7. Normas y estándares. (Documentos vigentes)

7.1. Registro sanitario.

7.2. Certificado de calidad ISO 9001-2000 o ISO 9001-2008 o Certificado de calidad ISO 13485 o TÜV.


7.3. Certificado FDA. o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.



Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.


Ing. Miguel Ángel Rojas González
Jefe de la División de Equipamiento
Médico


Dr. José Luis Estrada Aguilar
Jefe de la División Institucional de
Cuadros Básicos de Insumos para la Salud

4
RPI/FNA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE