



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.107.0162.01.01 FECHA IMP.: 04/04/2017
CLAVE PREI: 000000000011653 HORA IMP.: 11:31:35

NOMBRE GENÉRICO

BAÑO DE CUERPO ENTERO CON REMOLINO FIJO

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Definición:

- 1.1 Equipo para hidroterapia corporal.

2 Descripción:

- 2.1 Tina fija de hidroterapia para extremidades inferiores y superiores.

2.2 Dimensiones:

- 2.2.1 Longitud: 135 cm o menor.
2.2.2 Ancho: 62 cm o menor.
2.2.3 Profundidad: 46 cm o menor.
2.2.4 Capacidad de volumen de hasta 285 litros.

- 2.3 Fabricada en acero inoxidable, con soldadura a prueba de fugas y sin costuras en las uniones. Con las orillas redondeadas en el interior de la tina.

- 2.4 Termómetro integrado con despliegue de la temperatura en grados Celsius.

2.5 Turbina:

- 2.5.1 Turbina eléctrica de ½ caballo de fuerza (HP) o mayor, con altura ajustable.

- 2.5.2 Con sistema de desagüe y control de sobre flujo.

- 2.5.3 Con sistema de seguridad para fallas de corriente.

- 2.5.4 Con control automático de sobre carga para evitar sobre calentamientos.

- 2.6 Sistema para el control de temperatura del agua de la tina, que permita controlar la mezcla de agua caliente y fría, con control de temperatura alta del agua a partir de los 46°C.

3 Accesorios:

- 3.1 Silla fija de material resistente a la oxidación y corrosión, de altura variable, con cinturón o barandal de seguridad, con asiento y respaldo tapizado de material resistente a la humedad y plataforma o descansa pies con hule antiderrapante.

- 3.2 Asiento de suspensión ajustable de acero inoxidable.

- 3.3 Asiento reclinable de acero inoxidable.

- 3.4 Descanso de cabeza en tubo de acero inoxidable.

- 3.5 Soporte para brazo y/o mano de acero inoxidable.

4 Consumibles:

- 4.1 No requiere.

5 Instalación:

- 5.1 Eléctrica: 120 V +/- 10%, 60 Hz.

- 5.2 Hidráulica: Tomas de agua y drenaje de acuerdo a guía mecánica, conforme marca y modelo.

6 Mantenimiento:

- 6.1 Programa preventivo y correctivo por personal calificado, con programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

7 Normas y estándares (Documentos vigentes):

- 7.1 Para producto de origen nacional incluir:



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.107.0162.01.01 FECHA IMP.: 04/04/2017
CLAVE PREI: 000000000011653 HORA IMP.: 11:31:35
NOMBRE GENÉRICO

BAÑO DE CUERPO ENTERO CON REMOLINO FIJO

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 7.1.1 No se requiere.
7.2 Certificado de calidad ISO 9001:2000 O ISO 9001:2008 o ISO-13485.
7.3 **Para producto de origen extranjero incluir:**
7.3.1 Que cumpla con algunas de las siguientes: FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.


Ing. Jorge Arturo Ruiz Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE