



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.562.1481.01.01 FECHA IMP.: 20/02/2017
CLAVE PREI: 000000000011950 HORA IMP.: 10:45:18

NOMBRE GENÉRICO
**LÁMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR
Y ACCESORIOS.**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1 Definición:**
 - 1.1 Equipo portátil de iluminación eléctrica para la visualización específica del sitio deseado con fines de diagnóstico y tratamiento quirúrgico.
- 2 Descripción:**
 - 2.1 Lámpara frontal con:
 - 2.1.1 Casco rígido, acojinado y lavable.
 - 2.1.2 Sistema de fijación ajustable para el perímetro y alturas cefálicas.
 - 2.1.3 Movimiento de la lámpara en el eje vertical dirigitible en distintas angulaciones.
 - 2.1.4 Peso de la lámpara frontal máximo de 350 g. con accesorios.
 - 2.1.5 Con iluminación LED.
 - 2.1.6 Intensidad de luz de 30,000 luxes como mínimo a una distancia de 40 cm o 200,000 luxes como mínimo sobre la superficie de la lámpara.
 - 2.1.7 Diámetro de iluminación variable.
 - 2.1.8 Temperatura de color de 5,000 grados Kelvin como mínimo.
 - 2.1.9 Tiempo de vida útil: Para fuente de luz LED de 50,000 horas como mínimo.
 - 2.1.10 Alimentación por baterías recargables con duración en funcionamiento, de al menos 6 horas.
- 3 Accesorios:**
 - 3.1 Juego de Baterías recargables para el funcionamiento del equipo (Indicar número de parte).
 - 3.2 Cargador con transformador (AC/DC) compatible con las baterías recargables, que permita su recarga total en un tiempo entre 2 y 4.5 horas (Indicar número de parte).
 - 3.3 Estuche rígido para guarda del equipo.
- 4 Consumibles:**
 - 4.1 No requiere
- 5 Instalación:**
 - 5.1 No requiere
- 6 Mantenimiento:**
 - 6.1 Mantenimiento correctivo de acuerdo a la convocatoria.
- 7 Normas y estándares (Documentos vigentes):**

Para bienes nacionales e internacionales

 - 7.1 Certificado de Calidad ISO 9001 - 2008 o 13485 o TÜV.

Para bienes internacionales

 - 7.2 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico