

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 533.860.0041.00.01 FECHA IMP.: 17/12/2015
CLAVE PREI: 000000000012324 HORA IMP.: 17:42:50
NOMBRE GENÉRICO

TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA


LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1 **Definición :**
 - 1.1 Equipo automatizado para la tinción de laminillas con preparaciones histológicas
- 2 **Descripción:**
 - 2.1 Selección automatizada
 - 2.1.1 Reactivos
 - 2.1.2 Colorantes
 - 2.1.3 Capacidad de laminillas y portalaminillas
 - 2.2 Sistema de eliminación segura de líquidos de desecho en recipiente.
 - 2.3 Contenedores de reactivos.
 - 2.4 Puerto de comunicación para interfase.
 - 2.5 Software en español.
 - 2.6 Monitor o pantalla e
 - 2.7 Impresora integrada o adicional (incluir marca y modelo).
 - 2.8 Lector de código de barras
 - 2.9 Capacidad de almacenamiento de información.
- 3 **Accesorios**
 - 3.1 Regulador de voltaje
 - 3.2 Batería de respaldo
- 4 **Consumibles**
 - 4.1 Alcohol al 96% (2 galones).
 - 4.2 Alcohol al 100% (1 galón).
 - 4.3 Xilol (1 galón)
 - 4.4 Colorante de Hematoxilina de Mayer (1L).
 - 4.5 Colorante de Eosina en solución (1 L).
- 5 **Instalación**
 - 5.1 Corriente eléctrica 120 o 220V/60 Hz
- 6 **Mantenimiento**
 - 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
- 7 **Normas – Estándares vigentes:**
 - 7.1 **Para bienes nacionales e internacionales:**
 - 7.1.1 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
 - 7.2 **Para bienes internacionales:**
 - 7.2.1 Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.



Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica


Ing. Miguel Angel Rojas Gonzalez
Titular de la División de Equipamiento Médico