

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)CLAVE SAI: 533.119.0545.01.01 FECHA IMP.: 18/12/2015
CLAVE PREI: 000000000012226 HORA IMP.: 12:46:31
NOMBRE GENÉRICO

BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1. Definición
1.1. Baño sin circulación de agua para Incubar diferentes especímenes.
2. Descripción
2.1. Con termostato
2.2. Resistencia de poca precisión,
2.3. Con gradilla
2.3.1. Para 80 tubos de 13 x 100,
2.4. Interiores de acero inoxidable.
3. Instalación
3.1. Corriente eléctrica 120 V/60 Hz
4. Mantenimiento.
4.1. No requiere mantenimiento preventivo.
4.2. Mantenimiento correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
5. Normas – Estándares vigentes:
5.1. Para bienes nacionales e internacionales:
5.1.1. Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
5.2. Para bienes internacionales:
5.2.1. Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.

Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

Ing. Miguel Angel Rojas González
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE