



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.107.0139.04.01 FECHA IMP.: 04/04/2017
CLAVE PREI: 000000000011652 HORA IMP.: 12:37:40

NOMBRE GENÉRICO

BAÑO CON REMOLINO FIJO

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1 Definición:**
 - 1.1 Equipo para hidroterapia corporal.
 - 2 Descripción:**
 - 2.1 Tina fija de hidroterapia para extremidades inferiores y superiores.
 - 2.2 Dimensiones:**
 - 2.2.2 Largo: 75 cm +/-10%.
 - 2.2.3 Ancho: 40 cm +/-10%.
 - 2.2.4 Profundidad: 65 cm +/-10%.
 - 2.3 Capacidad de entre 130 litros hasta 180 litros.
 - 2.4 Fabricada en acero inoxidable, con soldadura a prueba de fugas y sin costuras en las uniones. Con las orillas redondeadas en el interior de la tina.
 - 2.5 Turbina:**
 - 2.5.1 Turbina eléctrica de ½ caballo de fuerza (HP) o mayor, con altura ajustable.
 - 2.5.2 Con sistema de desagüe y control de sobre flujo.
 - 2.5.3 Con sistema de seguridad para fallas de corriente.
 - 2.5.4 Con control automático de sobre carga para evitar sobre calentamientos.
 - 2.6 Sistema para el control de temperatura del agua de la tina, que permita controlar la mezcla de agua caliente y fría, con control de temperatura alta del agua a partir de los 46°C.
 - 2.7 Con termómetro despliegue de la temperatura en grados Celsius.
- 3 Accesorios:**
 - 3.1 Silla fija de material resistente a la oxidación y corrosión, de altura variable, con cinturón o barandal de seguridad, con asiento y respaldo forrados en vinilo resistente a la humedad y plataforma o descansa pies.
 - 3.2 Sistema de calentamiento automático controlado termostáticamente, para el control de temperatura del agua de la tina.
- 4 Consumibles:**
 - 4.1 No requiere.
- 5 Instalación:**
 - 5.1 Eléctrica: 120 V +/- 10%, 60 Hz.
 - 5.2 Hidráulica: Tomas de agua y drenaje de acuerdo a guía mecánica, conforme marca y modelo.
- 6 Mantenimiento:**
 - 6.1 Programa preventivo y correctivo por personal calificado, con programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
- 7 Normas y estándares (Documentos vigentes):**
 - 7.1 Para producto de origen nacional incluir:**
 - 7.1.1 No se requiere.
 - 7.2 Certificado de calidad ISO 9001:2000 O ISO

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.107.0139.04.01 FECHA IMP.: 04/04/2017
CLAVE PREI: 000000000011652 HORA IMP.: 12:37:40

NOMBRE GENÉRICO

BAÑO CON REMOLINO FIJO

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 7.3 9001:2008 o ISO-13485.
7.3.1 **Para producto de origen extranjero incluir:**
Que cumpla con algunas de las siguientes: FDA o CE
o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del
país de origen.


Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE