

**CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

LICITACION		CANTIDAD	
		F. ACTUALIZACION:	11/12/2014
PARTIDA		H. ACTUALIZACION	14:25:59
CLAVE SAI	533.787.0066.01.01	F. IMPRESION	11/12/2014
CLAVE PREI	000000000012313		
NOMBRE GENERICO		HORA: 14:25:00	
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE			

LICITANTE	
MARCA	
MODELO	
CATALOGO	

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL
LICITANTE**

1. Definición
 - 1.1. Equipo eléctrico utilizado para preservar muestras biológicas o hemoderivados a temperatura de 4° a 8°C.
2. Descripción
 - 2.1. Panel de temperatura con control computarizado para mantener los cambios de temperatura interna del refrigerador independientemente de la temperatura ambiente.
 - 2.2. Panel de temperatura digital.
 - 2.3. Sistema de alarma audible y visual con alimentación eléctrica independiente del refrigerador
 - 2.3.1. Para cambios de temperatura,
 - 2.3.2. Fallas en la corriente y
 - 2.3.3. Límites de temperatura mal seleccionados.
 - 2.3.4. Cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente.
 - 2.3.5. Alarma en caso de puerta abierta.
 - 2.4. Registrador circular externo de la temperatura para 7 días.
 - 2.5. Capacidad de 23.2 pies cúbicos,
 - 2.6. Con seis repisas.
 - 2.7. Almacenaje de 360 bolsas de 450 ml.
 - 2.8. Circulación reforzada a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente.
 - 2.9. Refrigerador libre de CFC.
 - 2.10. Registro gráfico automático de temperatura diario/semanal,
 - 2.10.1. Con manejo adecuado a la temperatura del refrigerador
 - 2.10.2. Y punta de pluma para graficador.
 - 2.11. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada.
3. Accesorios
 - 3.1. No requiere.
4. Consumibles
 - 4.1. Papel gráfico para registro (100 hojas).
 - 4.2. Puntas de pluma para graficador (3 piezas)
5. Instalación
 - 5.1. Corriente eléctrica 120V/60 Hz.
6. Mantenimiento
 - 6.1. Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las actividades a efectuar
7. Normas y estándares. (Documentos vigentes)
 - 7.1. Certificado de cumplimiento de la NOM-022-ENER/SCFI-2008

<p><i>(Área reservada para la descripción técnica del licitante)</i></p>
--

4 RPI/NA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI 533.787.0066.01.01

CLAVE PREI 000000000012313

REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE

F. ACTUALIZACION: 11/12/14

HORA: 14:25:59 Hoja 2 de 2.

F. IMPRESION: 11/12/2014

o NOM-003-SCFI-2000

7.2. Certificado de Calidad ISO 9001-2000 o ISO 9001-2008 o Certificado de Calidad ISO 13485 o TÜV, con alcance específico para refrigerador biomédico.

7.3. Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.




Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica



Ing. Miguel Ángel Rojas González
Jefe de la División de Equipamiento
Médico



Dr. José Luis Estrada Aguilar
Jefe de la División Institucional de
Cuadros Básicos de Insumos para la Salud

RPI/FNA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE