

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**


LICITACION		CANTIDAD	
		F. ACTUALIZACION:	17-10-2014
PARTIDA		H. ACTUALIZACION	13:42:08
CLAVE SAI	531.500.0546.02.01	F. IMPRESION	19/12/2014
CLAVE PREI	000000000011932	HORA:	13:42:00
NOMBRE GENERICO			
EQUIPO DE TERMOTERAPIA A TRAVES DE PARTICULAS DE CELLEX, PARA EXTREMIDADES INFERIORES			

LICITANTE	
MARCA	
MODELO	
CATALOGO	

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

1. Definición
2. Descripción
 - 2.1 Equipo de termoterapia a través de partículas de cellex para extremidades inferiores (pie, tobillo, rodilla)
 - 2.2 Control para
 - 2.2.1 Temperatura
 - 2.2.2 Presión
 - 2.2.3 Oscilación
 - 2.2.4 Tiempo de tratamiento
3. Accesorios
 - 3.1 Base rodable con
 - 3.1.1 Ruedas antiestáticas
 - 3.1.2 Con sistema de frenado en al menos dos ruedas
4. Consumibles
 - 4.1 Bolsas o envase de 4 a 5 kg. con partículas de Cellex. (2 bolsas)
 - 4.2 Filtros para entradas de malla con nylon (2 piezas)
 - 4.3 Manga con anillo (2 piezas)
5. Instalación.
 - 5.1 Corriente eléctrica 120V/60Hz.
6. Mantenimiento.
 - 6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar, conforme al manual de servicio.
- Normas y Estándares (documentos vigentes)
 - 7.1 Registro Sanitario.
 - 7.2 Certificado de calidad ISO-9001-2000 o ISO-13485 o TÜV o ISO 9001-2008.
 - 7.3 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.


Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica


Ing. Miguel Angel Rojas González
Jefe de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

--