



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

LICITACION	CANTIDAD
PARTIDA	F. ACTUALIZACION: 23/12/2014
CLAVE SAI	H. ACTUALIZACION 14:33:34
CLAVE PREI	F. IMPRESION 23/12/2014
	HORA: 14:33:00
NOMBRE GENERICO	
<b>A U D I O M E T R O C L I N I C O</b>	

LICITANTE
MARCA
MODELO
CATALOGO
HOJA 1 DE 2

**ESPECIFICACIONES**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

**1. Definición**

1.1 Equipo de dos canales para la exploración audiométrica tonal de vías aéreas, óseas y realización de pruebas subumbrales

**2. Descripción**

2.1 Equipo empleado para realizar pruebas de evaluación auditiva.

2.1.1 Rango de frecuencia en 2 canales con estímulo de tono puro:

2.1.1.1 Vía aérea

2.1.1.2 Alta frecuencia

2.1.1.3 Vía ósea

2.1.2 Campo libre

2.1.2.1 Exactitud  $\pm 1\%$

2.1.3 Rango de intensidad

2.1.4 Vía aérea

2.1.5 Alta frecuencia

2.1.6 Vía ósea en mastoides y frente.

2.1.7 Micrófono para pruebas de voz e intercomunicación.

2.1.8 Rango de intensidad de enmascaramiento.

2.1.9 Calibrado en enmascaramiento efectivo.

2.1.10 Ruido de banda angosta.

2.1.11 Ruido blanco.

2.1.12 Formato de señal: continuo, pulsado y frecuencia modulada.

2.2. Procesador Core i3 @ 2.30 GHz o mayor.

2.3 Disco duro de 500 Gb o mayor.

2.4 Memoria interna RAM 4 GB o mayor

2.5 Unidad grabadora de CD.

2.6 Interfase para impresora.

2.7 Monitor SVGA

**3. Accesorios**

3.1 Diadema de prueba

3.2 Vibrador óseo.

3.3 Botón de respuesta del paciente.

3.4 Micrófono de prueba.

3.5 Micrófono de paciente.

3.6 Sistema de campo libre.

3.7 Audífonos de inserción apareados.

3.8 Audífonos de alta frecuencia con cables.

3.9 Cables de alta frecuencia.

3.10 Impresora de inyección de tinta.

**4. Consumibles.**

4.1 Papel para impresora.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

531.088.0157.02.01  
000000000011646

**AUDIOMETRO CLÍNICO**

F. ACTUALIZACION: 05/12/2014

F. IMPRESION: 23/12/2014

HORA: 14:33:34

HOJA 2 DE 2

**ESPECIFICACIONES**

**5. Instalación.**

5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

**6. Mantenimiento**

6.1 Programa o calendario de servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuar.

**7. Normas y Estándares vigentes.**

7.1 Registro Sanitario.

7.2 Certificado ISO 9001-2000 ó ISO 13485 ó TÜV o ISO 9001-2008.

7.3 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

Ing. Miguel Ángel Rojas González  
Jefe de la División de  
Equipamiento Médico

Dr. José Luis Estrada Aguilar  
Jefe de la División Institucional de  
Cuadros Básicos de Insumos para  
la Salud

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

RPI/MRJR

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE