



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.380.0145.03.01 FECHA IMP.: 21/12/2015
CLAVE PREI: 000000000011860 HORA IMP.: 20:17:55

NOMBRE GENÉRICO

E S T I M U L A D O R T E N S

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1. **Definición:**
 - 1.1. Equipo electro estimulador transcutáneo de función neuromuscular, portátil.
2. **Descripción:**
 - 2.1. Electro estimulador transcutáneo de función neuromuscular:
 - 2.1.1. Portátil,
 - 2.1.2. Canales de salida,
 - 2.1.3. Con frecuencia de pulso,
 - 2.1.4. Intensidad programable,
 - 2.1.5. Funciona con corriente eléctrica y baterías recargables,
 - 2.1.6. Corriente de estimulación máxima.
3. **Accesorios:**
 - 3.1. Cargador de baterías (Incluir marca y modelo y/o catálogo).
 - 3.2. Al menos dos juegos de cables de conexión (Incluir marca y modelo y/o catálogo).
4. **Consumibles:**
 - 4.1. Al menos ochenta electrodos en tres tamaños diferentes, con pegamento o banda de sujeción (Incluir marca y modelo y/o catálogo).
 - 4.2. Un gel conductor (Incluir marca y modelo y/o catálogo).
 - 4.3. Un juego de baterías recargables para operar el equipo (Incluir marca y modelo y/o catálogo).
5. **Instalación:**
 - 5.1. Corriente eléctrica 120 V \pm 10%, 60 Hz.
6. **Mantenimiento:**
 - 6.1. No requiere mantenimiento preventivo.
 - 6.2. Mantenimiento correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. **Normas y Estándares vigentes:**
 - 7.1. **Para bienes nacionales e internacionales:**
 - 7.1.1. Registro Sanitario.
 - 7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.
 - 7.2. **Para bienes internacionales:**
 - 7.2.1. Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.
 - 7.3. **Para bienes nacionales:**
 - 7.3.1. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

Ing. Miguel Ángel Rojas González
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE