



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI:	531.609.0033.12.01	FECHA IMP.:	31/03/2017
CLAVE PREI:	000000000012010	HORA IMP.:	15:36:49
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>			
<b>M A R C A P A S O C A R D I A C O</b> <b>T E M P O R A L B I P O L A R</b>			

LICITANTE:	_____	MARCA:	_____
LICITACIÓN:	_____	MODELO:	_____
PARTIDA:	_____	CATALOGO:	_____
CANTIDAD:	_____	FABRICANTE:	_____

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

- 1 **Definición.**
- 2 **Descripción.**
  - 2.1 Marcapaso temporal bipolar.
  - 2.2 Rango de frecuencia 30 pulsos por minuto hasta 180 pulsos por minuto o mayor.
  - 2.3 Corriente de salida de 0.1 mA. hasta 28 mA.
  - 2.4 Sensibilidad: rango de 1 mV o menor hasta 20 mV.
  - 2.5 Peso: con batería menor a 470 gr.
- 3 **Accesorios**
  - 3.1 Al menos un cable extensión. (indicar marca, modelo y/o número de parte).
  - 3.2 Al menos dos brazaletes de velcro. (indicar modelo y/o número de parte).
- 4 **Consumibles**
  - 4.1 Al menos 5 cateteres de electrodo interno de 5 Fr.
  - 4.2 Introdutor vascular con puerto lateral 6 Fr., al menos 5 piezas.
  - 4.3 Al menos una aguja de punción tipo Seldinger de 8 cms.
  - 4.4 Al menos cuatro baterías de 9 volts alcalinas o de litio.
- 5 **Instalación**
  - 5.1 No requiere.
- 6 **Mantenimiento.**
  - 6.1 Preventivo y correctivo por personal calificado conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
- 7 **Normas – Estándares vigentes:**
  - 7.1 **Para bienes nacionales e internacionales:**
    - 7.1.1 Registro Sanitario.
    - 7.1.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.
  - 7.2 **Para bienes nacionales:**
    - 7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
  - 7.3 **Para bienes internacionales:**
    - 7.3.1 Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.

**Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán**  
**Titular de la División de Equipamiento Médico.**