



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI:	531.283.0150.01.01	FECHA IMP.:	30/01/2017
CLAVE PREI:	000000000011749	HORA IMP.:	11:37:49
NOMBRE GENÉRICO			
D E R M A T O M O B R O W N			

LICITANTE:	_____	MARCA:	_____
LICITACIÓN:	_____	MODELO:	_____
PARTIDA:	_____	CATALOGO:	_____
CANTIDAD:	_____		

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 **Definición :**
 - 1.1 Equipo para tomar injertos de piel, de milésima de pulgada.
- 2 **Descripción:**
 - 2.1 Dermatómomo eléctrico.
 - 2.2 Para tomar injertos de piel de 0-80 milésimas de pulgada de espesor.
 - 2.3 Con motor a prueba de explosión.
 - 2.4 Mango.
 - 2.5 Llave de ajuste.
 - 2.6 Interruptor de pie y/o de mano.
 - 2.7 Hojas intercambiables.
 - 2.8 Con capacidad de graduar el ancho del injerto.
- 3 **Accesorios:**
 - 3.1 Contenedor de aluminio o de acero inoxidable con seguro, esterilizable.
- 4 **Consumibles:**
 - 4.1 Hojas intercambiables para dermatomó Brown. (Al menos 2 reusables o 30 hojas de un solo uso). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 5 **Instalación:**
 - 5.1 Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz o uso de baterías recargables con su cargador correspondiente.
 - 5.2 Contacto polarizado.
- 6 **Mantenimiento:**
 - 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
- 7 **Normas – Estándares vigentes:**
 - 7.1 **Para bienes nacionales e internacionales:**
 - 7.1.1 Registro Sanitario.
 - 7.1.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO: 13485 o TÜV.
 - 7.1.3 Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Área reservada para la descripción técnica del licitante.