

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.165.0021.01.01 FECHA IMP.: 20/02/2017
CLAVE PREI: 000000000011712 HORA IMP.: 10:44:03

NOMBRE GENÉRICO

CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Definición:

- 1.1 Equipo computarizado fijo, empleado para la determinación del campo visual y escotomas, utilizado con fines de diagnóstico y tratamiento.

2 Descripción:

- 2.1 Campímetro con tecnología para la determinación de escotomas y estudios del campo visual.
2.2 Con ordenador (PC) interconstruido al equipo.
2.2.1 Con Pantalla sensible al tacto y teclado alfanumérico.
2.2.2 Con disco duro de 500 GB o mayor para el almacenamiento interno.
2.2.3 Con memoria RAM de 4GB o mayor
2.2.4 USB para la importación y exportación de pruebas de paciente
2.3 Mentonera y cabezal de apoyo permanentemente controlados en su posición durante todo el examen
2.4 Distancia de examinación a 30 cm.
2.5 Intensidad lumínica de la esfera de 31.5 ASB.
2.6 Longitud de onda de todo el espectro visible para:
2.6.1 Pruebas cinéticas con estímulo Goldman
2.6.2 Para el temprano reconocimiento de glaucoma.
2.6.2.1 Software de análisis de progresión del glaucoma.

3 Accesorios:

- 3.1 Impresora de inyección de tinta a color, calidad fotográfica compatible con el equipo (Indicar marca y modelo)
3.2 Mesa de elevación electromotorizada (Indicar marca y modelo), con:
3.2.1 Accesible para pacientes en silla de ruedas.

4 Consumibles:

- 4.1 Al menos dos cartuchos de tinta a color para impresora de inyección de tinta ofertada
4.2 Al menos dos cartuchos de tinta negra para impresora de inyección de tinta ofertada
4.3 Papel para impresora de inyección de tinta, calidad fotográfica (500 hojas).
4.4 Al menos tres memorias USB de 8 GB de almacenamiento o mayor.

5 Instalación:

- 5.1 Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz

6 Mantenimiento:

- 6.1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo conforme a la convocatoria.

7 Normas y Estándares. (Documentos vigentes):

Para bienes nacionales e internacionales

- 7.1 Registro Sanitario.
7.2 Certificado de Calidad ISO 9001 - 2008 o 13485 o TÜV.

Para bienes nacionales

- 7.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

Para bienes internacionales

- 7.4 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE