

**CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

LICITACION		CANTIDAD	
PARTIDA		F. ACTUALIZACION: 16/12/2014	
CLAVE SAI	531.283.0200.01.01	H. ACTUALIZACION 13:57:57	
CLAVE PREI	000000000011750	F. IMPRESION 16/12/2014	
NOMBRE GENERICO		HORA: 13:57:00	
D E R M A T O M O		S T R Y K E R	

LICITANTE	
MARCA	
MODELO	
CATALOGO	

HOJA 1 DE 1


ESPECIFICACIONES

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL
LICITANTE**

1. Definición
 - 1.1 Equipo para tomar injerto de piel, de milésimas de pulgada.
2. Descripción
 - 2.1. Dermatómomo eléctrico
 - 2.2. Para tomar injerto de piel de 3 a 12 milésimas de pulgada
 - 2.3. Con hojas intercambiables (7.6 - 23 mm).
3. Accesorios
 - 3.1 No requiere
4. Consumibles
 - 4.1 Hoja intercambiable para dermatomomo Stryker
5. Instalación
 - 5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
 - 5.2 Contacto polarizado.
6. Mantenimiento
 - 6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuarse
7. Normas y Estándares
 - 7.1 Registro Sanitario.
 - 7.2 Certificado de Calidad ISO 9001-2000 o Certificado ISO 9001-2008 o certificado de calidad ISO 13485 o TÜV.
 - 7.3 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.


Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.


Dr. José Luis Estrada Aguilar
Jefe de la División Institucional de Cuadros
Básicos de Insumos para la Salud.


Ing. Miguel Ángel Rojas González
Jefe de la División de Equipamiento
Médico

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE